

医疗床采购变更补充合同

甲方：西乌珠穆沁旗民政事业发展中心

乙方：广东金朋家具制造有限公司

项目名称：西乌珠穆沁旗民政事业发展中心内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦乌拉养老园区室内装饰装修及设施、设备采购工程（康复器材）

项目编号： 152526-XLHTFH-GK-20250003

为长者营造更安全和舒适的居住环境，按照运营方的实际使用需求经民政局党组会通过现将 中标清单中部分产品优化调整，其中调整变更后附件清单共6页。概括如下：

1. 中标清单中 188 张手动病床（双摇，不带轮）（普通老人用），变更为 58 张自理理床和 130 张手动单摇护理床，单价及金额不变；
2. 中标清单中 80 张手动病床（双摇，带轮），变更为手动双摇护理床，数量不变，单价及金额不变；
3. 中标清单中 20 张电动病床，变更为电动三功能护理床，数量不变，单价及金额不变；
4. 中标清单中 268 张 6cm 床垫，变更为 58 张床垫 1（巴彦乌拉养老园区护理床变更后内容序号 2），130 张床垫 2（巴彦乌拉养老园区护理床变更后内容序号 4）和 80 张床垫 3（巴彦乌拉养老园区护理床变更后内容序号 6），单价及金额不变；
5. 中标清单中 20 张 8cm 床垫，变更为床垫 4（巴彦乌拉养老园区护

理床变更后内容序号 8)，数量不变，单价及金额不变。

上述调整为产品变更概括描述，详细的变更描述按产品变更附件清单为准。变更后的产品款式、规格、颜色、材质的生产做法均按变更附件清单为准。结算总金额按审计价格执行。本变更说明书一式贰份，买方执一份，卖方执一份。

本变更说明自双方签字并加盖公章之日起生效。

甲方：西乌珠穆沁旗民政事业发展中心

盖章：



日期：2026.1.6.

乙方：广东金朋家具制造有限公司

盖章：



包颖波(代签)

日期：2026.1.6

附件：清单和参数表格








护理床原约定参数（变更前）






序号	产品名称	尺寸（单位：mm）	参数	数量
1	手动病床 (双摇, 不带轮) (普通老人用)	2050X1000X490 mm	<p>手摇式病床，不带轮，规格:2050X1000X490 ▲1.床邦采用优质冷轧碳素钢管60X40X1.2mm，床腿为优质冷轧碳素钢管50X50X1.2mm焊接成型 ▲2.床面采用钣金冲孔板面整板一体冲压成型，带透气孔，兼防滑功能板材厚1.2mm。床板之间采用厚度3mm的连接片通过螺栓紧固。床面支撑管采用规格为25X25X1.2mm及20X40X1.2mm的钢管，呈八字形镶嵌在床面内，承载力更大。 ▲3.背部床面采用加固支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力。(床体承重不低于240kg，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告) ▲4.摇手:双组摇手，隐藏式设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降螺杆:摇杆传动升降系统:“丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性性能。保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能，调节范围:背部上升75° ±5°，脚部上升35° ±5°，(提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告)</p> <p>▲5.床头、床尾及侧板材料为实木橡胶木。床头床尾上端设置整木横杆，方便老人作为借力杆使用。(橡胶木符合国家标准:GB/T21140-2017要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告)6.护栏:①、铝合金折叠式护栏,可收缩平放,总长1450mm, D型扶手, 6支不锈钢支柱, 锌铝合金手柄, 整体牢固, 使用寿命长;②、单式按键快速定位保险开关、U型钢制下座, 操作简单;③、铝合金部份采用电泳着色, 强化处理、美观大方。④、护栏收缩时, 略低于床垫, 防止床垫移位, 且具有防夹手功能, 整体结构合理、坚固耐用。 ▲6.床整体焊接牢固, 焊接处平整光滑, 坚固耐用, 为确保材料切割平整需提供激光切管机设备购机发票或合同的复印件及现场工作图片资料)碳钢表面处理:采用自有静电粉末喷涂流水线一次性完工, 喷涂前经高速抛丸机除锈等处理, 再进行静电粉末喷涂, 能延长病床的使用寿命。粉末材料为抗菌粉末具有耐老化、高韧性、耐溶剂, 冷脆温度低和抗菌的性能。(电粉体涂料测试, 镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBS)、多溴二苯醚(PBDES)的测试结果不超过欧盟RoHS指令2011/65/EU的限值要求, 镉限值100mg/kg、铅限值1000mg/kg、汞限值1000mg/kg、六价铬限值1000mg/kg、多溴联苯(PBBS)限值1000mg/kg、多溴二苯醚(PBDES)限值1000mg/kg。限值中还包括邻苯二甲酸酐BBP, DBP, DEHP和DIBP。新的指令限制了电子电器产品的每一个均一材质中邻苯二甲酸酐含量不得超过0.1%。(提供第三方检验报告)</p>	188

3	电动病床 2050X1000X490 mm	<p>▲1、床邦采用优质冷轧碳素钢管60X40X1.2mm，床腿为优质冷轧碳素钢管50X50X1.2mm焊接成型。▲2 床面采用钣金冲孔板面整板一体冲压成型，带透气孔，兼防滑功能，板材厚1.2mm。床板之间采用厚度3mm的连接片通过螺栓紧固。床面支撑管采用规格为25X25X1.2mm及20X40X1.2mm的钢管，呈四字形镶嵌在床面内承载力更大。(医用电动床安全符合YY0571-2013要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告)</p> <p>▲3、背部床面采用加固支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力。(床体工作载荷不低于1700N，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告)▲4、电机系统:电机2个、电控盒一个、控制手柄一个、电机采用低电压直流静音马达，确保长期使用的安全性。(产生的噪声不大于65dB(A)，调节范围:背部上升75°±5°，脚部上升35°±5°，(提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告)▲5、床头、床尾材料为实木橡胶木。床头床尾上端设置的有效检测器具(橡胶木符合国家:GB/T21140-2017要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告)护栏:①、铝合金折叠式护栏，可收缩平放，总长1450mm，D型扶手，6支不锈钢支柱，锌铝合金手柄，整体牢固，使用寿命长:②、单式按键快速定位保险开关、U型钢制下座，操作简单:③、铝合金部份采用电泳着色，强化处理、美观大方。④、护栏收缩时，略低于床垫，防止床垫移位，且具有防夹手功能，整体结构合理、坚固耐用。▲6、采用医用静音防腐脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入，独立刹车，轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨、无噪音。(医用静音防腐脚轮符合国家标准:GB/T26572-2011限值要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告)▲7、床整体焊接牢固，焊接处平整光滑，坚固耐用，为确保材料切割平整需激光切割机设备购机发票或合同的复印件及现场工作图片资料(为确保产品的焊接可靠性提供最少5台(包含5台)机器焊接手臂购机发票或合同的复印件及现场工作图片资料)碳素表面处理:采用自有静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈等处理，再进行静电粉末喷涂，能延长病床的使用寿命。粉末材料为抗菌粉末具有耐老化、高韧性、耐溶剂，冷脆温度低和抗菌的性能。(电粉末涂料测试，镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBS)、多溴二苯醚(PBDES)的测试结果不超过欧盟RoHS指令2011/65/EU的限值要求，镉限值100mg/kg、铅限值1000mg/kg、汞限值1000mg/kg、六价铬限值1000mg/kg、多溴联苯(PBBS)限值1000mg/kg、多溴二苯醚(PBDES)限值1000mg/kg。限值中还包邻苯二甲酸酯BBP，DBP，DEHP和DIBP。新的指令限制了电子电器产品的每一个均一材质中邻苯二甲酸酯含量不得超过0.1%。(提供第三方检验报告)</p>	20
4	床垫 1960*900*60mm	<p>1、尺寸:1960X900mm，贴合度98%。2、厚度:60mm床垫舒适，表面平整柔软，接缝严密，与床架契合度良好。▲3、床垫外层采用牛津布材料，采用4公分环保椰棕，2公分乳胶，透气性及回弹力良好，硬度合理，均经防虫、防变形处理，使用时间长久，拉链设计。(棕纤维弹性床垫符合国家标准:GB/T26706-2011，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告)</p>	268

5	床垫	1960*900*80mm	<p>1、尺寸:1960X900mm，贴合度98%。2、厚度:80mm床垫舒适，表面平整柔软，接缝严密，与床架契合度良好。</p> <p>▲3、床垫外层采用牛津布材料，抗菌防螨面料。采用4公分环保椰棕，4公分高弹海绵，透气性及回弹力良好，硬度合理，均经防虫、防变形处理，使用时间长久，拉链设计。(综纤维弹性床垫符合国家:标准GB/T26706-2011，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告)</p>	20
合计				576

护理床变更参数（变更后）

序号	产品名称	图片	尺寸（单位：mm）	参数	数量	参考效果
1	自理理床		1200*2000*450	1、基材：E1级中纤板贴白蜡木皮，床头床尾实木框架； 2、床板：加厚中纤板； 3、配实木床边扶手2个，床头软包； 4、环保油漆。	58	
2	床垫1		1200*1950*70	1、医用防水牛津布 2、7公分厚环保棕桐+乳胶医用床垫	58	
3	手动单摇护理床		1200*2000*450	1、基材：E1级中纤板贴白蜡木皮，床头床尾实木框架； 2、床板：加厚中纤板； 3、配实木床边扶手2个，床头软包； 4、环保油漆。 5、功能：起背功能，隐形把手	130	
4	床垫2		标准	1、医用防水牛津布 2、6公分厚环保棕桐+乳胶医用床垫	130	
5	手动双摇护理床		970*2050*450	1、基材：E1级多层板贴白蜡木皮； 2、床板：采用1.2mm冷轧钢板，一次模压成型，金属表面处理采用双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外,进行静电粉末喷涂烤漆处理； 3、主架：横管采用30*40厚度1.2mm、纵梁管采用60*40*厚度1.2mm、加强管采用40*40*厚度1.5mm； 4、配四刹活动万向轮，铝合金折叠护栏2个，床头软包，床尾三方实木边框，床尾上方镂空，便于老人抓扶； 5、功能：手摇式起背，抬腿双功能。 6、环保油漆。	80	

6	床垫3		标准	<ul style="list-style-type: none"> 1、医用防水牛津布 2、6公分厚环保棕桐+乳胶医用床垫 	80	
7	电动三功能护理床		970*2050*450	<ul style="list-style-type: none"> 1、基材：橡胶木指拼全实木； 2、床板：采用1.2mm冷轧钢板，一次模压成型，金属表面处理采用双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外,进行静电粉末喷涂烤漆处理； 3、主架：横管采用30*40厚度1.2mm、纵梁管采用60*40*厚度1.2mm、加强管采用40*40*厚度1.5mm； 4、配四刹活动万向轮，铝合金折叠护栏2个，床头软包，床尾三方实木边框，床尾上方镂空，便于老人抓扶； 5、功能：电动三功能：起背，抬腿和整床升降。 6、环保油漆。 	20	
8	床垫4		标准	<ul style="list-style-type: none"> 1、医用防水牛津布 2、8公分厚环保棕桐+乳胶医用床垫 	20	
合计				576		