

# 内蒙古国诏招标代理有限公司

## 竞争性磋商文件

项目名称：内蒙古农业大学采购中央支持地方高校改革发展项目-动物胚胎与发育工程自治区高等学校重点实验室建设项目

项目编号：NMGZCS-C-H-220871

**2022年11月**

## 第一章 磋商邀请

内蒙古国诏招标代理有限公司受内蒙古农业大学委托，采用竞争性磋商方式组织采购中央支持地方高校改革发展项目-动物胚胎与发育工程自治区高等学校重点实验室建设项目。欢迎符合资格条件的供应商前来投标参加。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：中央支持地方高校改革发展项目-动物胚胎与发育工程自治区高等学校重点实验室建设项目

批准文件编号：项目流水号[2022]23017号

采购文件编号：NMGZCS-C-H-220871

#### 2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

| 包号 | 货物、服务和工程名称                               | 采购要求   | 预算金额<br>(元)  |
|----|------------------------------------------|--------|--------------|
| 1  | 中央支持地方高校改革发展项目-动物胚胎与发育工程自治区高等学校重点实验室建设项目 | 详见磋商文件 | 1,000,000.00 |

### 二.供应商的资格要求

1. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（中央支持地方高校改革发展项目-动物胚胎与发育工程自治区高等学校重点实验室建设项目）：无

### 三.获取磋商文件的时间、地点、方式

获取磋商文件的期限：详见竞争性磋商公告；

获取磋商文件的地点：详见竞争性磋商公告；

获取磋商文件的方式：供应商可从内蒙古自治区政府采购网查阅采购信息、预览磋商文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取磋商文件。

### 其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照磋商文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

### 四.采购文件售价

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

### 五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见竞争性磋商公告

投标地点：详见竞争性磋商公告

开标时间：详见竞争性磋商公告

开标地点：详见竞争性磋商公告

### 六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古国诏招标代理有限公司

地址：呼和浩特市赛罕区国际会展中心对面方正尚都北门外西侧6号

联系人：周女士、段女士、李女士

联系电话：6383616-8001、5614667

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见供应商须知

账号：详见供应商须知

采购单位名称：内蒙古农业大学

地址：呼和浩特市昭乌达路306号

联系人：王老师

联系电话：0471-4310714

内蒙古国诏招标代理有限公司



## 第二章 供应商须知

### 一.前附表

| 序号 | 条款名称                       | 内容及要求                                                                                                                                      |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 分包情况                       | 共1包                                                                                                                                        |
| 2  | 采购方式                       | 竞争性磋商                                                                                                                                      |
| 3  | 开标方式                       | 不见面开标                                                                                                                                      |
| 4  | 评标方式                       | 现场网上评标                                                                                                                                     |
| 5  | 评标办法                       | 综合评分法                                                                                                                                      |
| 6  | 获取磋商文件时间<br>(同磋商文件提供期限)    | 详见磋商公告                                                                                                                                     |
| 7  | 保证金缴纳截止时间<br>(同递交响应文件截止时间) | 详见磋商公告                                                                                                                                     |
| 8  | 电子响应文件递交                   | 电子响应文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台                                                                                                      |
| 9  | 响应文件数量                     | (1) 加密的电子投标文件1份(需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”)<br>(2) 非加密的电子版投标文件U盘(或光盘)0份(开标现场递交)<br>(3) 纸质投标文件正本0份, 副本0份, 副本可以是正本签字盖章后的复印件(开标现场递交)。 |
| 10 | 供应商确定                      | 采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标(成交)人。                                                                                                                |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 备选方案       | 不允许                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | 联合体投标      | 包1： 不接受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | 采购代理机构代理费用 | 收取                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | 代理费用收取方式   | 向中标/成交供应商收取                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | 投标保证金      | <p>本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请供应商按照本磋商文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。</p> <p>同时，本项目允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，供应商应当在响应文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。</p> <p>备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>中央支持地方高校改革发展项目-动物胚胎与发育工程自治区高等学校重点实验室建设项目：保证金人民币：20,000.00元整。</p> <p>开户单位： 系统自动生成的缴交账户名称 。</p> <p>开户银行：供应商在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取磋商文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据供应商选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示：</p> <p>1、供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。</p> <p>2、供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。</p> |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 电子招投标         | <p>各供应商应当在投标截止时间前上传加密的电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”，未在投标截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃投标。供应商因系统或网络问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话<b>400-0471-010</b>。</p> <p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许供应商导入非加密电子响应文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子响应文件进行评审。</li> <li>2. 电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台的最终版指定格式电子响应文件。</li> <li>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供应商请自行留存。</li> <li>4. 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本采购公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前<b>30</b>分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</li> <li>5. 开标时供应商应当使用 <b>CA</b> 锁在开始解密后<b>30</b>分钟内完成响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各供应商在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及<b>CA</b>锁的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</li> <li>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 <ol style="list-style-type: none"> <li>（1） 供应商未按谈判文件要求参加远程开标会的；</li> <li>（2） 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密；</li> <li>（3） 经检查数字证书无效的响应文件；</li> <li>（4） 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。</li> </ol> </li> <li>7. 供应商必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子响应文件解密。</li> <li>8. 本项目采用远程磋商的方式进行磋商，供应商的法定代表人或其授权代表应当按照磋商小组确定的时间和顺序进行磋商。磋商小组或工作人员按照供应商所登记的联系人和联系电话通知磋商时间或磋商的有关事项，若无法取得联系或未在规定时间内进行应答或报价的，将视为其自动放弃，按无效投标处理。（请各供应商在参加磋商和报价以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及<b>CA</b>证书的有效性等进行检测，保证可以正式使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））</li> </ol> |
| 17 | 电子响应文件签字、盖章要求 | <p>应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（<b>CA</b>）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 | 投标客户端         | 投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19 | 是否专门面向中小企业采购  | 采购包 <b>1</b> ：非专门面向中小企业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |          |                                                                                                         |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 有效供应商家数  | 包1: 3<br>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。                            |
| 21 | 报价形式     | 合同包1 (中央支持地方高校改革发展项目-动物胚胎与发育工程自治区高等学校重点实验室建设项目): 总价                                                     |
| 22 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中: -                                                                                                 |
| 23 | 现场踏勘     | 否                                                                                                       |
| 24 | 其他       | 纸质投标文件份数及要求, 中标公示结束后, 中标人需提交与电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件。纸质投标文件份数为一式 3 份, 其中正本 1 份, 副本 2 份, 未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。 |

## 二.投标须知

### 1.投标方式

#### 1.1 投标方式采用网上投标, 流程如下:

供应商须在内蒙古自治区政府采购网 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 供应商库填写相关信息后才可进行网上投标操作。所需资料及办理流程请登录“内蒙古自治区政府采购网”进行查询。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 页面, 点击“政府采购云平台”, 输入登录“账号”、“密码”、“验证码”; 登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面, 点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目, 点击“获取采购文件”按钮进入获取采购文件页面, 要进行投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 获取所投项目磋商文件, 并按照本磋商文件的要求制作、上传电子响应文件。

同时, 满足本磋商文件关于投标的其他要求后, 方可完成投标。

**1.2 缴纳投标保证金 (如有)。**本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的, 每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号, 称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后, 应通过应标管理-已投标的项目, 选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 通过转账至上述账号中, 付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的, 每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

#### 1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

### 2.特别提示:

#### 2.1 由于投标保证金到账需要一定时间, 请供应商在投标截止前及早缴纳。

## 三.说明

### 1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容 (包括变更、补充、澄清以及修改等, 且均为磋商文件的组成部分), 按照磋商文件要求以及格式编制响应文件, 并保证其真实性, 否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目, 是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加投标。

### 2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

### 3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何, 采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

### 4.当事人

**4.1 “采购人”**是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指 (采购单位名称)。

**4.2 “采购代理机构”**是指本次招标采购项目活动组织方。本采购文件的采购代理机构特指本项目采购单位。

**4.3 “供应商”**是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5“供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

## 5.合格的供应商

5.1 符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

## 7.语言文字以及度量衡单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效

7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

8.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否供应商递交的响应文件均不予退还。

## 四.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。在“内蒙古自治区政府采购网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时了解相关信息的责任。

## 五.响应文件

### 1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

### 4.投标保证金

#### 4.1投标保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和磋商文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

#### 4.2投标保证金的退还：

（1）供应商在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未成交供应商投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）成交供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

#### 4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与磋商人签订合同；

（3）在签订合同时，向磋商人提出附加条件；

（4）不按照磋商文件要求提交履约保证金；

- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改磋商文件和成交结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和磋商文件规定的其他情形。

## 5. 响应文件的修改和撤回

供应商在提交响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

在提交响应文件截止时间后到磋商文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

## 6. 响应文件的递交

在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

## 7. 样品（演示）

7.1 磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2 开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3 评审结束后，供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由供应商送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

# 六. 开标、评审、结果公告、成交通知书发放

## 1. 开标程序

1.1 主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称和磋商文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认；
- (5) 开标结束，响应文件移交磋商小组。

### 1.2 开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

### 1.3 备注说明：

1.3.1 若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA 证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA 证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.3.2 若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.3.3 供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

## 2. 评审（详见第六章）

## 3. 结果公告

供应商确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

## 4. 成交通知书发放

发布成交结果的同时，供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

# 七. 询问、质疑与投诉

## 1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

## 2. 质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，

但答复的内容不得涉及商业秘密。

**2.3**询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**2.4**供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

注：对磋商文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的采购文件的证明材料（在供应商系统中自行截图）。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

**2.5**供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

**2.6**接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注之日起计算。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

### **3.投诉**

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 第三章 合同与验收

#### 一.合同要求修改

##### 1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本磋商文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

#### 二.验收

成交供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照磋商文件、响应文件及合同约定填写验收单。

## 政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：\*\*\*（填写成交供应商）

地址（详细地址）：

合同号：（填写签订合同一次性告知书中合同号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

### 一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、成交结果公告及成交通知书
- 3、磋商文件
- 4、响应文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

### 三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

### 四、付款方式及时间

\*\*\*（见磋商文件第四章）

### 五、交货安装

交货时间：

交货地点：

### 六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

### 七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

### 八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

### 九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

### 十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

### 十一、售后服务

（一）乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（二）其他售后服务内容：（响应文件售后承诺等）

### 十二、违约条款

（一）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额 的违约金。

（二）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

### 十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

### 十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（一）提交 仲裁委员会仲裁。

（二）向 人民法院起诉。

### 十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：（章）

采购方法人代表：（签字）

开户银行：

帐号：

联系电话：

乙方：（章）

供应商法人代表：（签字）

开户银行：

帐号：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与响应文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

| 名称            | 品牌、规格、标准/主要服务内容 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 金额<br>(元) |
|---------------|-----------------|----|----|----|-----------|-----------|
| **            | **              | ** | ** | ** | **        | **        |
|               |                 |    |    |    |           |           |
|               |                 |    |    |    |           |           |
|               |                 |    |    |    |           |           |
|               |                 |    |    |    |           |           |
| 合计：人民币大写：**元整 |                 |    |    |    |           | ¥： **     |

第四章 采购内容与技术要求

一、项目概况：

中央支持地方高校改革发展项目-动物胚胎与发育工程自治区高等学校重点实验室设备采购

★投标报价不得超过包预算金额，货物单价不得超过货物单价限价，否则视为无效标。

合同包1（中央支持地方高校改革发展项目-动物胚胎与发育工程自治区高等学校重点实验室建设项目）

1.主要商务要求

|         |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标的提供的时间 | 合同签订后21个工作日内交货                                                                                                                                                                                                  |
| 标的提供的地点 | 采购人要求的交付地点                                                                                                                                                                                                      |
| 投标有效期   | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天                                                                                                                                                                                          |
| 付款方式    | 1期：支付比例100%，货物全部到达合同指定地点并验收合格后，需方支付合同总价的全部货款                                                                                                                                                                    |
| 验收要求    | 1期：符合国家或行业标准 若仪器设备（货物）验收不合格时，视以下情况作出整改：（1）出现数量短缺、技术资料不齐全的，及时联系乙方补充。（2）仪器设备（货物）出现破损或名称、型号与合同要求不符的，及时联系乙方退换。（3）仪器设备（货物）达不到技术指标要求的，甲方有权要求乙方提供再次调试、测试的技术支持和协助。再次调试、测试后，技术指标仍达不到要求的，应予退货或提出其它措施予以解决。（4）整改合格后应重新组织验收。 |
| 履约保证金   | 收取比例：10%,说明：成交供应商在签订合同时将中标金额的10%作为履约保证金汇入采购人指定账户，确认到帐后合同生效。质保期满1年后无任何质量问题后无息退还。因质量或服务违约的，采购人有权扣罚其履约保证金。                                                                                                         |
| 其他      | 售后服务要求：一般送达维护信息后，24小时内反应，72小时内到达售后服务                                                                                                                                                                            |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品<br>（“△”） | 品目名称   | 标的名称        | 单位 | 数量   | 分项预算单价（元）  | 分项预算总价（元）  | 面向对象情况 | 所属行业    | 招标技术要求 |
|----|---------------|--------|-------------|----|------|------------|------------|--------|---------|--------|
| 1  |               | 临床检验设备 | 全电动荧光倒置显微成像 | 台  | 1.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 否      | 其他未列明行业 | 详见附表一  |
| 2  |               | 临床检验设备 | PCR仪        | 台  | 1.00 | 35,000.00  | 35,000.00  | 否      | 其他未列明行业 | 详见附表二  |
| 3  |               | 临床检验设备 | 核酸提取仪       | 台  | 1.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 否      | 其他未列明行业 | 详见附表三  |
| 4  |               | 临床检验设备 | 酶标仪         | 台  | 1.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 否      | 其他未列明行业 | 详见附表四  |
| 5  |               | 临床检验设备 | 纯水仪         | 台  | 1.00 | 90,000.00  | 90,000.00  | 否      | 其他未列明行业 | 详见附表五  |
| 6  |               | 临床检验设备 | 组织样品破碎仪     | 台  | 1.00 | 20,000.00  | 20,000.00  | 否      | 其他未列明行业 | 详见附表六  |
| 7  |               | 临床检验设备 | 电泳系统        | 台  | 1.00 | 50,000.00  | 50,000.00  | 否      | 其他未列明行业 | 详见附表七  |
| 8  |               | 临床检验设备 | 三气培养箱       | 台  | 1.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 否      | 其他未列明行业 | 详见附表八  |

| 序号 | 核心产品<br>（“△”） | 品目名称   | 标的名称      | 单位 | 数量   | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 面向对象情况 | 所属行业    | 招标技术要求 |
|----|---------------|--------|-----------|----|------|-----------|-----------|--------|---------|--------|
| 9  |               | 临床检验设备 | 超声波破碎仪    | 台  | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 否      | 其他未列明行业 | 详见附表九  |
| 10 |               | 临床检验设备 | 2-8℃医用冷藏箱 | 台  | 2.00 | 5,000.00  | 10,000.00 | 否      | 其他未列明行业 | 详见附表一十 |

附表一：全电动荧光倒置显微成像 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    | <p>功能：倒置显微系统是组织培养所必需的日常工作常规使用设备之一，便于掌握细胞的生长情况并观察有无污染等，倒置荧光显微镜由荧光附件与倒置显微镜有机结合构成的，主要用于细胞等活体组织的荧光、相差观察。倒置荧光显微镜是为了适应生物学、医学等领域中的组织培养、细胞离体培养、浮游生物、环境保护、食品检验等显微观察。并从形态上观察细胞间连接的变化及某些连接蛋白、粘附因子，从而阐明肿瘤细胞间通信形态学基础。</p> <p>技术参数：</p> <p>*1、主要功能：可以用于明场、暗场、DIC、荧光等多种观察方式，可进行显微操作。</p> <p>2、光学系统：无限远（管镜200）平场半复消色差光学系统</p> <p>3、观察系统：铰链式三目（带勃氏镜），B: T=50%：50%、0：100%、100%：0，瞳距55～75mm;</p> <p>4、目镜：视度可调目镜10×，线视场Φ≥22mm</p> <p>5、物镜：平场半复消色差荧光物镜，在多种照明模式下都能得到高性噪比、高分辨率以及高反差的成像效果</p> <p>1)10× NA≥0.30 WD≥8.1 盖玻片厚度约：1.2</p> <p>2)20× NA≥0.45 WD=7.5～8.8 盖玻片厚度：0～2 带校正环</p> <p>3)40× NA≥0.60 WD=3～4.4 盖玻片厚度：0～2 带校正环</p> <p>6、转换器：电动6孔物镜转换器带DIC插槽(透射用、反射用同时具有)。</p> <p>7、载物台：电动三层机械移动平台，行程范围约130×100 mm（台面325×144 mm）最大速度：≥50mm/s；分辨率：≤0.1μm - 重复精度：±1μm（普通型2.5μm）- 绝对精度：±5μm，可以配套多孔板、35mm 培养皿和切片三种专用样品夹适配器。</p> <p>8、调焦方式：同轴粗微动升降机构，行程：焦点上7下2；粗调≤2mm/圈，微调≤0.002mm/圈；可手动和电动控制，电动控制时，最小步进≤0.02μm；。</p> <p>9、电动聚光镜：长工作距离转盘式结构，≥6工位电动转盘（1个明场、3个相衬、2个DIC），NA≥0.55，WD≥26mm。</p> <p>10、系统中间倍率：1×、1.5×转盘式切换。</p> <p>11、左右侧端出口：采用转盘式结构（手动）。左侧 / 目视 = 100% / 0%；右侧 / 目视 = 80% / 20%；左右侧 / 目视 = 0 / 100%:</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>12、荧光装置：采用电动多功能转盘式结构，<math>\geq 6</math>工位转盘（电动），可从主机取出，方便更换各模块；根据需求荧光激发模块可随意拆卸、安装。</p> <p>B激发光波滤色组件：激发BP460~490 截止BA520 分色DM500</p> <p>G激发光波滤色组件：激发BP510~550 截止BA590 分色DM570</p> <p>U激发光波滤色组件：激发BP330~385 截止BA420 分色DM400</p> <p>13、透射照明系统：柯勒照明, 10W LED照明，亮度可调；</p> <p>14、荧光照明系统：LED荧光照明；</p> <p>15、便捷的照明控制：在机身右侧布置透射照明开关，落射荧光照明光闸控制按钮，方便切换二种照明需求。</p> <p>16、可倾式透射照明柱，确保使用者有较大的工作空间和方便更换样本。</p> <p>17、彩色摄像头：<math>\geq 2000</math>万像素；</p> <p>18、感光面尺：CMOS彩色；</p> <p>19、最高帧率：1920×1080:64FPS；</p> <p>20、曝光控制：自动曝光/手动曝光/区域曝光；</p> <p>21、白平衡：手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡；</p> <p>22、拍照格式：RAW/BMP/JPG/PNG；</p> <p>23、可编程控制：相机工作速度/图像尺寸/拍照格式/图像亮度/曝光时间/增益/消频闪/GAMMA/对比度/黑电平/锐度/ RGB增益/饱和度；</p> <p>24、数据接口：USB3.0；</p> <p>25、专业版软件可用于相机控制，进行图像采集。可以进行物镜定标，添加标尺。可以添加直线，箭头，文本框等注释内容。可进行标本测量、计数、面积测量、角度测量等功分析功能。可从已保存图像中快速调用并将硬件设定的原始扫描参数迅速处理。图像、图像的备注信息和原始信息可保存，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息等；</p> <p>*26、必须兼容原有的显微操作，可将原显微操作安装在此设备上。</p> <p>27、电脑工作站系统：品牌商用台式电脑主机，酷睿4核处理器，内存<math>\geq 8G</math>，固态硬盘256G，储存硬盘<math>\geq 1000G</math>，配24英寸液晶显示器。</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

附表二：PCR仪 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                    |
|------|----|---------------------------------------------------------------|
|      |    | <p>质量要求：</p> <p>升降温速度高于市面上的其他品牌，96孔边缘效应几乎为零。</p> <p>技术参数：</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>1.屏幕操作；≥7吋TFT真彩色液晶触摸屏触控式操作。</p> <p>2.操作系统；Linux.</p> <p>3.通讯接口；USB，Ethernet.</p> <p>4.实验管理；强大的程序编辑功能，满足新建、编辑、删除用户实验.</p> <p>5.样品规格；0.2mL PCR单管，八连管，全裙边/半裙边/无裙边96孔板.</p> <p>6.反应体积；0~100μL.</p> <p>7.控温模式；管内Tube模式&amp;基座Block模式.</p> <p>8.梯度模块；1次可实现12个梯度温度.</p> <p>9.模块温度宽度；1.0~40.0℃.</p> <p>10.梯度温度范围；35.0~100.0℃.</p> <p>11.热盖温度范围；40.0~110.0℃.</p> <p>12.最大升降温速率；≥5.5℃/s.</p> <p>13.梯度温度跨度；12路梯度精确控制.</p> <p>*14.温度准确度；± 0.1℃.</p> <p>15.温度均匀性；± 0.2℃</p> <p>16.控温精度；± 0.1℃</p> <p>17.最大步骤数；无限制.</p> <p>18.最大循环数；99个.</p> <p>19.时间递增/递减；1s~10min.</p> <p>20.温度递增/递减；0.1℃~5.0℃，可做Touchdown（降落）PCR实验.</p> <p>21.可记忆程序；用于实验程序大于1000条.</p> <p>22.静音运行；噪音低于55dB.</p> <p>*23.断电保护；意外断电重启后继续运行未完成实验.</p> <p>24.结构设计；仪器采用前进风后出风的风道设计，支持多台紧密并行放置，节省实验室空间.</p> <p>*25.软件功能；具有蜂鸣提示功能;自动计算并显示各列梯度温度;图形界面实时显示PCR运行进程;支持USB存储程序，程序数量无限制;具有断电再来电时自动恢复实验功能;预存多个标准实验模板，简化繁琐的编程步骤;实验程序一键启动，方便快捷。自压式热盖设计，无需调节热盖高度，可适应各种耗材;可建立个人文件夹，方便快速查找程序。。</p> <p>26.使用电源；AC100~240V，50~60Hz，600VA.</p> |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表三：核酸提取仪 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | <p>质量要求：配合提取单个标本的独立分装试剂，操作过程中，只需要加入标本，仪器自动完成提取纯化的全过程，不需要加入提取过程中所需要的试剂，是小型自动核酸提取仪。</p> <p>仪器参数：</p> <p>1.样本通量 1~96</p> <p>2.处理体积 30~1000μL</p> <p>3.推荐样本量 ≤200μL</p> <p>4.适用耗材 96孔深孔板、定制化单条六联管</p> <p>5.旋转速度 ≤3000rpm</p> <p>6.温控范围 裂解加热：30℃~120℃ 洗脱加热：30℃~120℃</p> <p>*7.混合方式 旋转混匀</p> <p>8.操作语言 内置中/英文两种操作语言，可自由切换</p> <p>9.操作方式 7英寸全彩液晶屏触控或扫描枪操控</p> <p>10.程序存储 内建模式程序，最大可存储10000个程序</p> <p>11.程序管理 可灵活新建、编辑、删除程序，一键运行</p> <p>12.自动舱门 电机驱动自动开关实验舱</p> <p>13.二维码扫描 可外接扫描枪、扫描后自动识别应用程序，一键运行</p> <p>14.磁珠残余量 ≤1%</p> <p>*15.断电保护 意外断电再供电时，可自由选择是否继续运行试验</p> <p>16.污染控制 负压HEPA排气过滤模块，内置紫外消毒模块</p> <p>17.仪器接口 USB接口</p> <p>18.使用电源 AC 220V,50Hz</p> <p>19.温度范围 10℃~30℃</p> <p>20.湿度范围 ≤80%</p> |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

附表四：酶标仪 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                  |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |    | <p>质量要求：</p> <p>孔板类型：6-,12-,24,48,96和384-孔标准微孔板，大小约128mm×86mm，最高约0.8英寸。</p> |

紫外-可见全波长检测，覆盖6~384孔板，比色杯和2μL 微量样品检测

10英寸触摸屏，具有WiFi, 蓝牙和闪存接口

全功能机载 Gen5 数据分析软件或外接电脑软件

先进的温控模块最高可达65℃并具有凝集控制功能

兼容BioStack3和第三方自动化设备

震荡：轨道，双轨道和线性

配件： Take3™微孔板适配器；可进行微量检测、BioCell™、标准比色杯检测

软件： Gen5软件控制，兼容各种版本

检测模式： 终点法，动力学法，波长扫描法和孔域扫描法

仪器参数：

检测方法： 终点法、动力学法、光谱扫描法和孔域扫描法

检测光源： 氙闪灯

检测方式： 线性、轨道和双轨道震荡

检测通量： 384孔。

1.波长范围： 200~999nm。

2.波长准确性： ±2nm

3.波长重复性： ±0.2nm

4.吸收光检测范围： 0~4 OD

5.吸收光分辨率： ≤0.0001 OD

1 6.带宽： ≤2.4nm

7.OD准确性： 0~2 OD: ±1% ±0.010 OD

2~3 OD: ±3% ±0.010 OD

8.重复性： 0~2 OD: ±1% ±0.005 OD

2~3 OD: ±3% ±0.005 OD

9.线性： 0~2 OD: ±1% ±0.010 OD

2~3 OD: ±3% ±0.010 OD

10.读板速度优于： 96孔/8s

384孔/14s

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>11.重量：约（11.0kg）</p> <p>12.连接：1个USB用于连接电脑，1个USB用于数据库和数据存储</p> <p>电源：100~240 VAC @ 50~60 Hz. 外置电源； 功率：约 40W.</p> <p>操作环境：18℃~40℃</p> <p>13.化学兼容性：所有暴露表面均可耐受0.5%次氯酸钠、70%乙醇或异丙醇 进行消毒</p> <p>14.型号均为体外诊断所用。</p> <p>15.基本配置：</p> <p>主机 1套</p> <p>电脑 1套：内置匹配软件电脑及10寸液晶显示器。</p> <p>数据采集及分析软件（内置） 1套：内置的机载软件，无需额外配备</p> <p>电脑来完成仪器的控制 and 数据的分析及报告导出。机载软件可以全方位的完成仪器控制、曲线绘制、截止值、有效性公式验证数据和报告导出等功能。预装的Windows® 8 OS系统，方便用户轻松获取WiFi和蓝牙连接，而机载的USB闪存接口，则可以连接电脑、打印机等外接设备，并可以进</p> |
| 说明 | 打“★”每参数和程序的条件及储存任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

附表五：纯水仪 是否允许进口： 否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    | <p>质量要求：</p> <p>1、纯水产水水质</p> <p>1.1 电阻率：≥1.0 MΩ.cm @25℃</p> <p>1.2 总有机碳含量(TOC)：≤50ppb</p> <p>细菌：&lt;100CFU/ml</p> <p>2、超纯水产水水质</p> <p>2.1 电阻率：18.2 MΩ.cm @25℃</p> <p>2.2 总有机碳含量(TOC)：≤5ppb</p> <p>2.3 细菌：&lt;0. 1 CFU/ml</p> <p>2.4 内毒素 &lt;0.001 EU/ml； DNase&lt;0.005ng/ml； RNase&lt;0.001ng/m</p> <p>技术参数：</p> <p>*1. 系统由预处理柱、反渗透膜、内置水箱、纯化柱、水质监测组件等组成，为一体化系统；</p> <p>*2 .要求自来水供水，可以同时制取三种不同水质（Ⅰ级&amp;Ⅱ级&amp;Ⅲ级）；</p> <p>3 .纯水产水量@15℃：≥10 L/h；</p> |

1

4. 紧凑设计，机动灵活，节省空间，可以台上安装、挂墙安装；
5. 具有手动取水、自动定量取水功能，超纯水取水速度 $\geq 1.2\text{L}/\text{min}$ ；
6. 金属外壳，易读 3.5英寸显示屏一取水时可以轻松查看纯水/超纯水水质及水箱水量；
- \*7.主机内置一体化 $\geq 7.0\text{L}$ 储水箱，
8. 配置带循环功能的重力感应式纯水箱，水箱注水及停水控制为重力感应控制，水箱储水腔体内无液位感应或控制器部件，排除了液位感应器与储存水的接触而造成水质污染的可能性
- 9.外置水箱体积： $\geq 30\text{L}$
- 10.在水箱正面直接显示储存的纯化水信息：通电状态正常；溢出指示；实际储水体积以“升”直接显示，而不是百分比显示。
11. 配备水箱呼吸器可防止空气中的细菌、微粒、挥发性有机物和 $\text{CO}_2$ 进入水箱。
- 12.水箱有自行安全溢流功能。
- 13.水箱内壁光洁度小于1微米，有效防止水中细菌附着到水箱壁生长繁殖。
- 14.超纯化柱装备有智能芯片，记录纯化柱的信息(批号，生产日期，使用历史等；
15. 可配置多种规格使用点过滤器，满足不同水质应用需求
- 16.显示屏支持多种语言操作，智能化设计，具备一级纯水和二级纯水水质显示，取水功能设置，系统设置，维护引导，故障诊断，具备耗材状态显示和提示，报警信息显示。
17. 系统控制软件可升级
- 18.通过USB接口传输数据，记录水机运行数据
- \*19. 具备全管路循环功能（与水箱一起循环），确保最高的微生物纯度
- \*20.具备全管路全自动消毒功能，消毒过程简便快速，只需要一个消毒柱，不需要额外添加化学品，不需要更换额外的消耗品。
- 21.符合ASTM，D5391-99标准的建议（流动的高纯度水样的电导率和电阻率的标准试验方法）。
- 22.系统随机附带合格证，制造商符合ISO14001、ISO9001认证要求。

#### 配置要求

1. 自来水前置预处理1套
2. 一体化纯水&超纯水主机（自带7.0L储水箱）1套
3. 一体式纯化柱1套
4. 双波长紫外灯1根
5. 30L重力储水箱1套
6. 水箱空气过滤器1个

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
|    | 7. 除热源超滤柱1根                         |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |

附表六：组织样品破碎仪 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | <p>质量要求：</p> <p>1、内置程序控制器，参数设置简单方便</p> <p>2、采用静音设计，减少对周围环境的干扰</p> <p>3、配备安全门锁，具备开盖停转保护功能</p> <p>4、垂直振荡，研磨更充分</p> <p>技术参数：</p> <p>1.电源: 220V/50HZ</p> <p>2.额定功率: 150W</p> <p>3.时间设定: 1(s)～9999(s)</p> <p>4.频率设定: 振荡500～2100rpm</p> <p>5.夹具行程: ≥36mm（垂直）</p> <p>7.研磨方式：湿磨、干磨、预冷冻磨</p> <p>研磨珠：标配φ3mm 不锈钢钢球（200 颗）与 φ6mm 不锈钢钢球（200 颗）</p> <p>8.显示方式: ≥4.3吋TFT触摸</p> <p>9.保护: 开盖保护，紧急制动功能</p> <p>10.外形尺寸：约310×360×420mm</p> <p>11.重量: ≤ 18.5kg</p> |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

附表七：电泳系统 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                    |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    | <p>质量要求：</p> <p>1.工作温度 0～40℃</p> <p>2.工作和存储湿度 0～95%</p> <p>3.工作电源 100～240V</p> <p>技术参数：</p> <p>*1 .输出范围：电压10～500 V；电流0.01～2.5 A；功率1～500 W</p> |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | <p>2 .输出类型：恒流、恒压、恒功率、伏特小时控制（99000 V-hr）</p> <p>3.定时器：可定时1min到99h59min</p> <p>4. 暂停/继续功能：有</p> <p>5 .屏幕显示：128×64像素，亮背景，图形液晶显示</p> <p>*6. 可编程方法：储存≥9个方法，每个最多9个步骤</p> <p>7 .断电后自动恢复：有</p> <p>8. 安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；地面漏电保护；过压保护过载/短路监测；</p> <p>9.可叠放</p> <p>*10. 输出插孔：4对并联</p>                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                     | <p>1.标准配置：缓冲液槽、带电缆的安全盖、水平测量器、制胶挡板、制胶盘架、7×7cm紫外透光凝胶盘、8孔和15孔的高度固定的电泳梳，以上物品2套。</p> <p>2.电泳槽尺寸：约 92×255×56 mm</p> <p>3.凝胶托盘尺寸:约70×70mm，70×100 mm</p> <p>4.电泳梳：8、15齿，1.0mm厚</p> <p>5.样本通量：8～30</p> <p>6.基本缓冲液需要量：270mL</p> <p>7.溴酚蓝迁移：4.5 cm/hr（75 V 下）</p> <p>*8. 快拍相机：电极拆卸方便</p> <p>9.底座侧面的箭头指示运行方向，可确保凝胶的方向正确</p> <p>10.彩色编码的带标记的电极和带标记的底座确保盖子可以正确安置在底座上</p> <p>*11.通过基部上的拉环，移除盖子，从而减少缓冲液溢出量，还可防止盖位置不正确</p> <p>12.反向兼容设计允许将其用于较早的型号</p> <p>*13.高透明度聚碳酸酯注塑成型，方便查看样本</p> <p>14.具有荧光标尺的紫外透明凝胶托盘</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

附表八：三气培养箱 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>功能:用于干细胞及胚胎体外培养。</p> <p>质量要求:</p> <p>1.最大尺寸: ≤405 ×400 ×315mm</p> <p>2.重量≤12kg</p> <p>3.环境温度 18～32℃</p> <p>4.温度范围 35～40℃</p> <p>技术参数:</p> <p>1.温度测定精确度 ±0.2℃</p> <p>2.温度控制精确度 0.1℃ 的可调节增量</p> <p>3.加热方式 上下盖板同时加热</p> <p>1 4.显示方式 三个LED显示屏，且显示字体有不同颜色易于观察分辨</p> <p>*5.气流控制范围 正常气流15ml/min～25ml/min 每个培养仓，净化气流可达到175ml/min 每个培养仓</p> <p>*6..气流调节精度 5ml/min</p> <p>7.报警原因 温度，气流，气体压力等在设定范围外均可报警</p> <p>报警系统 培养箱本身有报警系统，同时可接外部报警系统</p> <p>*8.每一个小室： 4×NUNC 四孔皿 、 4×NUNC 60 mm 培养皿、10×NUNC 30 mm培养皿、4×FALCON 60 mm培养皿</p> <p>9.电源 100～240V， 50/60Hz</p> <p>*10.气体： 预混合三元气体， 6% CO<sub>2</sub>, 5% O<sub>2</sub>, 89%N<sub>2</sub></p> <p>11.供气压力 150kPa±15 kPa</p> <p>*12.监测软件 至少可以监测一组十台培养箱的温度气流开关仓门实时数据</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

附表九：超声波破碎仪 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   | <p>质量要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.外置透明前门，内置LED灯</li> <li>2.可创建并储存多达20组操作程序</li> <li>3.上下堆叠式设计，节省实验室空间</li> <li>4.超声时间，功率连续可调</li> <li>5.上位机设有远程监控通讯接口，可实现网络控制和远程打印的功能</li> <li>6.通过上下按键调节基座的位置，电动升降</li> <li>7.具有超温、过载和时间报警功能，</li> <li>8.设有用户密码保护功能，设有紫外灭菌和门锁功能</li> <li>9.具有0.5～1200ml的破碎量</li> </ol> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.型号: 标准型破碎仪</li> <li>2.频率: 20～25 kHz 自动跟踪，自适应</li> <li>3.屏幕显示: 振幅、功率、温度、时间</li> <li>4.功率: 5～950W 可调</li> <li>5.配变幅杆: 2, 3, 10, 12 , 15 mm</li> <li>6.破碎容量: 0.2～600 ml（配相应探头）</li> <li>7.可选冷却杯: 30ml, 100ml, 400ml</li> <li>8.定时: 0～999 min</li> <li>9.温度报警: 配有温度传感器，控制样本温度（0～100℃）</li> <li>10.报警: 时间，温度，故障</li> <li>11.隔音箱: 约350×345×545 mm，内有自动升降装置</li> <li>12.标准配套: 发生机（主机）1台密封换能器1只，Φ6mm变幅杆1支，软件1套</li> </ol> |
| 说明 | 1 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

附表一十：2-8℃医用冷藏箱 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>技术参数：</p> <p>1、工作条件：环境温度<b>16～32℃</b>，环境湿度：20～80%，电压：220V±10%， 频率<b>50±1Hz</b>。</p> <p>2、样式：立式，单门。</p> <p>3、有效容积(L)： <b>≥300L</b>。</p> <p>4、外部尺寸（ mm）： 约<b>620×580×2000</b>。</p> <p>5、内部尺寸（ mm）： 约<b>540×420×1290</b>。</p> <p>6、净重/毛重（kg）： 约<b>90</b>。</p> <p>7、双层透明保温玻璃门，门体配锁，底部带有调整脚。</p> <p>8、箱体材料为优质<b>PCM</b>预涂钢板；内壁为压花铝板。</p> <p>*9、后背外挂式高效冷凝器，内发式铝管蒸发器。</p> <p>1 *10、箱内横排配有<b>LED</b>照明功能。</p> <p>11、4个优质钢丝浸塑搁架。</p> <p>12、采用高效压缩机，无氟环保制冷剂。</p> <p>13、控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统。</p> <p>14、高亮度数码显示，在<b>2～8℃</b>范围内任意设定，温度显示精度<b>0.1℃</b>。</p> <p>*15、完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、开门、传感器故障报警等多种声光报警功能。</p> <p>*16、冷凝水自动蒸发。</p> <p>*17、标配<b>USB</b>数据导出接口，接入<b>U</b>盘可自动存储数据输出<b>PDF</b>格式。<b>U</b>盘持续连接可自动持续存储温度数据。</p> <p>*18、可选电加热玻璃门，门体防凝露设计，<b>80%</b>湿度环境下无凝露。</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 第五章 供应商资格证明及相关文件要求

供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

### 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

### 4.供应商加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

### 5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))进行查询；

（2）查询截止时间：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

### 6.按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1. 评标方法

综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2. 评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

#### 3. 磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4. 澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

#### 5. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

#### 6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

#### 7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

#### 8. 废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；

（4）法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

#### 9. 定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定供应商或者推荐成交候选人。

二.政府采购政策落实:

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（中央支持地方高校改革发展项目-动物胚胎与发育工程自治区高等学校重点实验室建设项目）

| 序号                                                                                 | 情形                    | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                  | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体 | 10%    | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |                       |      |        |                                                                                                                    |

3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（4）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2. 磋商

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一资格性审查表：

合同包1（中央支持地方高校改革发展项目-动物胚胎与发育工程自治区高等学校重点实验室建设项目）

|                           |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 具有独立承担民事责任的能力             | 审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。                                                                                                                                                             |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。                                                                                                                                           |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | 1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。                                                                                                                                                                  |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；                                                                                                                                                                          |
| 信用记录                      | 到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。                                                                                                                                        |

表二符合性审查表：

合同包1（中央支持地方高校改革发展项目-动物胚胎与发育工程自治区高等学校重点实验室建设项目）

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）                                            |
| 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                 |
| 投标文件规范性、符合性 | 响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。 |

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 主要商务条款    | 审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。                                        |
| 联合体投标     | 符合关于联合体投标的相关规定                                                          |
| 技术部分实质性内容 | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。 |
| 其他要求      | 磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

中央支持地方高校改革发展项目-动物胚胎与发育工程自治区高等学校重点实验室建设项目

| 评审因素 | 评审标准                                         |                                                                                   |
|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 分值构成 | 技术部分 <b>55.0分</b>                            |                                                                                   |
|      | 商务部分 <b>15.0分</b>                            |                                                                                   |
|      | 报价得分 <b>30.0分</b>                            |                                                                                   |
| 技术部分 | 技术参数和要求的满足程度 (30.0分)                         | 招标文件中规定的技术参数和要求的满足程度，重要参数“*”一项不满足扣2分，一般技术参数一项不满足扣1分，扣完为止。技术响应表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审。 |
|      | 产品性能 (1.0分)                                  | （1）投标产品整体质量综合状况配比完善（0-1分）。                                                        |
|      | 产品性能 (1.0分)                                  | （2）耐用性、操作性、维护性（0-1分）。                                                             |
|      | 产品性能 (1.0分)                                  | （3）质量安全性高，使用寿命长、节能环保，提供质量承诺书得（0-1分）。                                              |
|      | 产品性能 (1.0分)                                  | （4）产品采用的新技术应用等（依据投标产品的综合性能、技术资料及新技术应用等）进行评分（0-1分）。                                |
|      | 质量保证措施（根据供应商提供质量保证措施的合理性和可行性等进行综合评审。） (1.0分) | （1）供应商提供质量承诺书得（0-1分）。                                                             |
|      | 质量保证措施（根据供应商提供质量保证措施的合理性和可行性等进行综合评审。） (1.0分) | （2）供应商提供质量保证方案得（0-1分）。                                                            |
|      | 质量保证措施（根据供应商提供质量保证措施的合理性和可行性等进行综合评审。） (1.0分) | （3） 供应商提供质保期内服务体系得（0-1分）。                                                         |
|      | 质量保证措施 (3.0分)                                | （5） 供应商提供完整的质量检验报告、佐证材料得3分。                                                       |
|      | 技术方案 (1.0分)                                  | （1）项目实施方案（0-1分）。                                                                  |
|      | 技术方案 (1.0分)                                  | （2）安装调试方案明确、具体；时间安排合理（0-1分）。                                                      |
|      | 技术方案 (1.0分)                                  | （3）配套设备全面、附有清单明细（0-1分）。                                                           |
|      | 技术方案 (1.0分)                                  | （4）安装调试人员分工清晰，责任到人（0-1分）。                                                         |
|      | 技术方案 (1.0分)                                  | （5）配送方案、突发性事件应急配送处理方案以及配送能力（0-1分）。                                                |
|      | 资源投入 (2.0分)                                  | （1）针对投标人组织机构设置齐全、结构合理得2分，不合理或未提供的不得分。                                             |
|      | 资源投入 (2.0分)                                  | （2）备品备件清晰明确、维护周期，完全满足项目需求得2分，基本满足项目需求得1分，不合理或未提供的不得分。                             |
|      | 应急预案 (1.0分)                                  | （1）根据具体采购的需求，制定合理可行的应急方案（0-1分）。                                                   |
|      |                                              |                                                                                   |

|      |                |                                                                                                                                                                |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 应急预案 (1.0分)    | (2) 投标供应商承担事故责任能力、安全防范能力, 包括故障排除、咨询服务专业技术人员配备等 (0-1分)。                                                                                                         |
|      | 应急预案 (1.0分)    | (3) 专业技术人员响应时间及时 (0-1分)。                                                                                                                                       |
|      | 培训方案 (3.0分)    | 培训方案全面、合理可行, 包括: 培训方案、培训人员、培训时间每有一项有针对性且内容切实可行的得1分, 最高得3分;                                                                                                     |
| 商务部分 | 服务承诺及方案 (5.0分) | 投标供应商针对本项目特点, 结合采购人的需求, 提出完整合理的针对性地售后服务方案, 包括: 技术咨询、技术维护、技术保障、技术维修、定期巡检、疫情防控措施, 每有一项有针对性且内容切实可行的得1分, 最高得5分。                                                    |
|      | 交货进度 (3.0分)    | 交货期每提前交货1个工作日得1分, 最高得3分。                                                                                                                                       |
|      | 同类项目业绩 (7.0分)  | 提供2019年10月至今同类或类似项目业绩的合同或中标通知书, 每份加1分, 最高得7分。(以合同签订日期为准)                                                                                                       |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ <b>【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】</b> 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

## 第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

格式一：

# 响应文件封面

（项目名称）  
响应文件

（正本/副本）

项目编号：

包 号： 第 包（若项目分包时使用）

（供应商名称）

年 月 日

格式二：

响应文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、首轮报价表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、供应商基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、供应商业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、内蒙古国诏招标代理有限公司：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）磋商文件要求，经我方（供应商名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次磋商文件规定的所有要求，并承诺在成交后执行磋商文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意磋商文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照磋商文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消成交资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

- （1）成交后，无正当理由放弃成交资格；
- （2）成交后，无正当理由不与招标人签订合同；
- （3）在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- （4）不按照磋商文件要求提交履约保证金；
- （5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- （6）要求更改磋商文件和成交结果公告的实质性内容；
- （7）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

详细地址：

电 话：

供应商开户银行：

法定代表人签字：（加盖公章）

邮政编码：

电子函件：

账号/行号：

年 月 日

格式四：

首轮报价表

供应商名称：  
项目名称、包号：

项目编号：

| 投标总报价（元） |
|----------|
| 大写：      |
| 小写：      |

说明： 1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。  
2. 价格应按照“供应商须知”的要求报价。  
3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。  
4. 《首轮报价表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成。

法定代表人或法人授权代表（签字）：  
加盖公章：  
年 月 日

格式五：

授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和授权代表签字。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

授权委托人：\_\_\_\_\_（签字）

|             |             |
|-------------|-------------|
| 法定代表人身份证扫描件 | 法定代表人身份证扫描件 |
| 正面          | 反面          |
| 授权委托人身份证扫描件 | 授权委托人身份证扫描件 |
| 正面          | 反面          |

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式六：

投标保证金

供应商应在此提供缴纳保证金的凭证的复印件。

格式七：

供应商基本情况表

|                                                           |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------|--|------|--|
| 供应商名称                                                     |  |      |  |
| 所有制性质                                                     |  | 注册资金 |  |
| 注册地                                                       |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人                                                     |  | 员工总数 |  |
| 联系人                                                       |  | 联系电话 |  |
| 开户银行                                                      |  |      |  |
| 开户银行账号                                                    |  |      |  |
| 主营范围：                                                     |  |      |  |
| 企业资质：                                                     |  |      |  |
| 注：投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中供应商资质要求的其他资质证明等。 |  |      |  |

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

内蒙古国诏招标代理有限公司：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年    月    日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加  
\_\_\_\_\_（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）  
联合体成员名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：  
日 期：

格式十七：

分项报价明细表

| 序号  | 标的名称 | 品牌、规格型号/主要服务内容 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 总价<br>(元) |
|-----|------|----------------|-------|----|----|----|-----------|-----------|
| 1   |      |                |       |    |    |    |           |           |
| 2   |      |                |       |    |    |    |           |           |
| 3   |      |                |       |    |    |    |           |           |
| ... |      |                |       |    |    |    |           |           |

说明：

1.“投标标的”为货物的：上述表格应全部填写。

2.“投标标的”为服务的：如服务内容涉及品牌、规格型号的，上述表格应全部填写；如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。

3.“投标标的”为工程的：如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成。

格式十八：

### 主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十九：

| 技术偏离表 |      |        |       |           |      |    |
|-------|------|--------|-------|-----------|------|----|
| 序号    | 标的名称 | 招标技术要求 |       | 供应商提供响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
| 1     |      | ★      | 1.1   |           |      |    |
|       |      |        | 1.2   |           |      |    |
|       |      |        | ..... |           |      |    |
| 2     |      | ★      | 2.1   |           |      |    |
|       |      |        | 2.2   |           |      |    |
|       |      |        | ..... |           |      |    |
| ..... |      |        |       |           |      |    |

- 说明：
- 1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并逐一列明具体响应数值或内容。只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
  - 2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
  - 3. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。
  - 4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

| 序号    | 姓名 | 本项目拟任职务 | 学历 | 职称或执业资格 | 身份证号 | 联系电话 |
|-------|----|---------|----|---------|------|------|
| 1     |    |         |    |         |      |      |
| 2     |    |         |    |         |      |      |
| 3     |    |         |    |         |      |      |
| ..... |    |         |    |         |      |      |

按磋商文件要求在本表后附相关人员证书。

- 注：
- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
  - 2.如供应商中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

供应商业绩情况表

| 序号  | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
|-----|------|------|------|------|
| 1   |      |      |      |      |
| 2   |      |      |      |      |
| 3   |      |      |      |      |
| 4   |      |      |      |      |
| ... |      |      |      |      |

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供其他资料。