

医疗设备采购项目

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区国际蒙医医院

采购代理机构名称：正源信通项目管理有限公司

项目编号：**NMGZCS-G-H-241026**

2024年10月22日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

正源信通项目管理有限公司受内蒙古自治区国际蒙医医院委托，采用公开招标方式组织采购医疗设备采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：医疗设备采购项目

项目编号：NMGZCS-G-H-241026

采购计划备案号：内政采计划[2024]27438

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	内蒙古自治区国际蒙医医院关于医疗设备采购项目的采购项目	32	详见招标文件	2,815,340.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（内蒙古自治区国际蒙医医院关于医疗设备采购项目的采购项目）：

1)投标人如为生产厂家，须提供有效的医疗器械生产许可证，如为代理商，须提供有效的医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证；

2)供应商根据应答产品分类:第一类医疗器械提供《医疗器械生产备案凭证》，第二、三类医疗器械提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表），不属于医疗器械的须提供书面声明。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：正源信通项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区内蒙古自治区包头稀土高新区南壕村产业地85号

联系人： 正源信通项目管理有限公司

联系电话： **13347097826**

采购单位名称：内蒙古自治区国际蒙医医院

地址： 呼和浩特市赛罕区大学东街83号

联系人： 苏继伟

联系电话： **5182040**

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包 1 （内蒙古自治区国际蒙医医院关于医疗设备采购项目的采购项目）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件 1 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： 400-0471-010 转 2 键
9	投标文件数量	（ 1 ）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （ 2 ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 0 份。 （ 3 ）纸质投标文件（正本） 0 份；纸质投标文件（副本） 0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包 1 ： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。
15	投标保证金	内蒙古自治区国际蒙医医院关于医疗设备采购项目的采购项目：保证金人民币： 0.00 元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ CA ）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（内蒙古自治区国际蒙医医院关于医疗设备采购项目的采购项目）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区国际蒙医医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指正源信通项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效

期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

内蒙古自治区国际蒙医医院关于医疗设备采购项目的采购项目

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	投标人如为生产厂家，须提供有效的医疗器械生产许可证，如为代理商，须提供有效的医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证；
特定资格要求	供应商根据应答产品分类:第一类医疗器械提供 《医疗器械生产备案凭证》，第二、三类医疗器械提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表），不属于医疗器械的须提供书面声明。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

医院拟采购一批医疗设备，包括生物反馈电刺激仪、红外辐照治疗装置、吞咽神经和肌肉电刺激仪、超短波治疗仪、认知训练系统、超声波治疗仪、空气波治疗仪、体外膈肌起搏器、电动多功能理疗床、恒温泥蜡疗仪、手功能康复训练与评估系统等。

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（内蒙古自治区国际蒙医医院关于医疗设备采购项目的采购项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日后15个日历日内交货
标的提供的地点	国际蒙医医院需求地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，1期：签合同后，甲方支付货款总额的30%。 2期：支付比例70%，2期：设备验收合格，调试正常，使用培训结束后，甲方支付货款总额的70%到乙方银行账户。
验收要求	1期：1期：产品全部运送至采购人需求地点并经外观验收后，由乙方负责组织正式测试和验收工作，甲方予以配合。双方按照国家质量验收标准或双方封存的样品标准进行验收，乙方必须在验收现场提供技术支持。验收结果经甲乙双方确认后，签字盖章作为合同的组成部分，同时也作为付款时的必备条件。 上述验收程序中如相关产品按规定必须经有资格验收部门验收的，有资格验收部门的验收文件作产品验收符合要求的必要条件和重要组成部分。（设备因质量验收不合格，在验收不合格七日内，乙方重新安排调换新设备，如第二次验收仍不合格，甲方有权单方面解除合同，因此给甲方造成的损失，由乙方承担。在乙方设备进行调换期间，甲方有权要求乙方为甲方准备备用设备临时使用，临时设备的质量安全责任由乙方承担。）
履约保证金	不收取
其他	其他：质保期：≥2年（包含整机及配件等），质保期内正常使用中出现故障，由中标单位提供免费维修，并更换损坏的配件。中标单位为采购人提供与设备生产厂家签订的售后服务承诺书

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	生物反馈电刺激仪	台	2.00	100,000.00	200,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2		其他医疗设备	红外热疗仪	台	2.00	160,000.00	320,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3		其他医疗设备	吞咽神经和肌肉电刺激仪	台	4.00	50,000.00	200,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三

4		其他医疗设备	超短波治疗仪	台	2.00	200,000.00	400,000.00	否	其他未列明行业	详见附表四
5		其他医疗设备	认知训练系统	套	2.00	210,000.00	420,000.00	否	其他未列明行业	详见附表五
6		其他医疗设备	超声波治疗仪	台	2.00	100,000.00	200,000.00	否	其他未列明行业	详见附表六
7		其他医疗设备	空气波治疗仪	台	1.00	50,000.00	50,000.00	否	其他未列明行业	详见附表七
8		其他医疗设备	体外膈肌起搏器	台	2.00	40,000.00	80,000.00	否	其他未列明行业	详见附表八
9		其他医疗设备	无创呼吸机	台	2.00	10,000.00	20,000.00	否	其他未列明行业	详见附表九
10		其他医疗设备	电动多功能理疗床	张	2.00	70,000.00	140,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十
11		其他医疗设备	恒温泥蜡疗仪	台	2.00	100,000.00	200,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十一
12		其他医疗设备	手功能康复机器人	台	1.00	100,000.00	100,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十二
13		其他医疗设备	深层肌肉刺激仪	台	1.00	50,000.00	50,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十三
14		其他医疗设备	PT床	张	3.00	30,000.00	90,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十四
15		其他医疗设备	OT桌	张	4.00	3,000.00	12,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十五
16		其他医疗设备	PU圆头包胶哑铃	对	12.00	960.00	11,520.00	否	其他未列明行业	详见附表一十六
17		其他医疗设备	健身深蹲龙门架	套	1.00	6,500.00	6,500.00	否	其他未列明行业	详见附表一十七
18		其他医疗设备	海绵缓冲垫	对	1.00	900.00	900.00	否	其他未列明行业	详见附表一十八
19		其他医疗设备	硬拉台	套	1.00	5,000.00	5,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十九
20		其他医疗设备	1.8米杠铃	个	1.00	900.00	900.00	否	其他未列明行业	详见附表二十
21		其他医疗设备	卧推凳	把	1.00	2,000.00	2,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十一
22		其他医疗设备	四合一软跳箱	个	1.00	4,800.00	4,800.00	否	其他未列明行业	详见附表二十二

23		其他医疗设备	综合训练器	套	1.00	24,000.00	24,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十三
24		其他医疗设备	专用杠铃奥杆	个	2.00	1,100.00	2,200.00	否	其他未列明行业	详见附表二十四
25		其他医疗设备	软实心健身药球	个	11.00	200.00	2,200.00	否	其他未列明行业	详见附表二十五
26		其他医疗设备	平凳卧推凳	把	1.00	900.00	900.00	否	其他未列明行业	详见附表二十六
27		其他医疗设备	竞技壶铃	对	12.00	875.00	10,500.00	否	其他未列明行业	详见附表二十七
28		其他医疗设备	PU三孔手抓杠铃片	对	21.00	520.00	10,920.00	否	其他未列明行业	详见附表二十八
29		其他医疗设备	PVC负重健身包	套	5.00	200.00	1,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十九
30		其他医疗设备	电子微量泵	台	4.00	500.00	2,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三十
31		其他医疗设备	多关节主被动训练仪（上肢）	台	1.00	124,000.00	124,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三十一
32		其他医疗设备	多关节主被动训练仪（下肢）	台	1.00	124,000.00	124,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三十二

附表一：生物反馈电刺激仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	具有≥4通道无线主机，满足≥4个无线主机的同时诊断或治疗，同时支持≥50个通道同时工作；
	2	反馈阈值的准确度：反馈阈值范围：1μV~500μV
	3	灵敏度≤2μV；
	4	通频带15Hz~520Hz (不包括陷波波段)；
	5	差模输入阻抗≥10MΩ；
	6	共模抑制比≥106dB；
	7	具有工频陷波滤波器，衰减后幅值应≤5μV；
	8	刺激强度：1mA~40mA
	9	刺激频率：：2Hz~400Hz，步进0.5Hz
	10	要求刺激脉冲宽度：50μs~500μs，步进50μs。
	11	设置上升/下降时间：调节≥10s；
	12	可设置的刺激时间：调节≥10s；
	13	可设置的间歇时间：调节≥10s；
	14	蓝牙数据正常传输距离≥3m；16、连续漏电流和患者辅助电流均≤0.1mA；

	15	治疗主机具有可充电功能
	16	电极具有脱落检测功能，当设备电极脱落或接触不良时，停止输出；
	17	脱落检测灵敏度满足，当设备电极脱落时，设备能在4秒内检测到电极脱落；
	18	具有网络安全的传输协议、数据存储格式和用户访问控制及使用限制功能；
	19	工作站配置医疗台车，正常使用时设备倾斜10°不会失衡；
	20	工作站软件，具有蓝牙连接功能，具有肌电信号采集波形，肌电信号刺激波形显示功能，具有电刺激参数设置功能；
	21	主机软件具有存储治疗方案的功能；
	22	治疗在常规的刺激被动模块、肌电主动模块、肌电触发主被动模块、外部触发模式外，还应包括助力模式，在无显示屏反馈的情况下，直接应用刺激反馈引导患者的主动肌肉收缩；
	23	测量模式应至少包括整体评估、快速评估、专项评估以及个性定制评估的功能。
	24	数据接口：通过无线与主机、工作站连接
	25	手持终端具有肌电信号采集波形，肌电信号刺激波形显示功能；软件具有肌电信号采集波形、肌电信号刺激刺激波形显示功能，具有电刺激参数设置功能，治疗记录和评估报告同步到工作站的功能；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：红外热疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	.产品适用范围：用于红外线医疗辐照治疗，促进伤口愈合。
	2	治疗光源：卤素光源；
	3	输出功率 ≥ 750W；
	4	输出方式：连续输出；
	5	有效光谱波长范围：590-1400nm；峰值波长范围：900-1100nm；
	6	照射光斑直径：≥70cm
	7	有效照射区域直径：≥23cm
	8	照射光斑面积：≥4000cm ²
	9	出光口：水滤镜有效口径≥97mm
	10	光功率密度：在出光口光功率密度≥2700mw / cm ²
	11	可照射头面部
	12	治疗深度：≥20cm
	13	灯泡底座有锁紧保护装置
	14	带有水夹层的水滤镜，用于治疗的红外线光输出应通过水滤镜
	15	辐照治疗皮肤表皮温度：39-42℃2.22设备运行噪声分贝：≤80dBA
	16	液晶计时器，时间设定可自由调整。
	17	照射时间调整范围：0-10小时。
	18	可按步进1min连续可调设置总的治疗时间，治疗时间结束时自动关机。
	19	连续工作时间：≥8小时，无需停机散热
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：吞咽神经和肌肉电刺激仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	通道数量：四通道，八个电极，治疗强度可单独调节。
	2	电流类型：TENS经皮神经电刺激、NMES神经肌肉电刺激。
	3	电流波型：双相对称脉冲。
	4	输出及调制模式：连续输出，间歇输出、脉宽调制、频率调制。
	5	电流强度：0-120mA，步进1mA。
	6	输出频率：1-150Hz，步进1Hz。
	7	输出脉宽：50-450μs，步进10μs。
	8	脉冲周期：6.67--1000ms。
	9	可调时间：1-99min。
	10	便携带手持式主机，使用交流电电源和可重复充电电池供电，中文操作界面。
	11	2+2模式，四通道可独立控制并两两输出不同的电流。能同时治疗多个不同病症的患者，提高使用率及治疗效率。
	12	四段式处方编程，可进行分段式治疗：在一次治疗过程中，可以分多段时间设定不同的治疗强度
	13	治疗处方：≥31个临床处方。
	14	自定义≥10个人处方。
	15	所有处方的频率、脉宽、治疗时间等参数均可在治疗时进行针对性调节。
	16	近期使用的≥10个处方可便捷调用，且自动记录上次治疗强度大小，直接使用。
	17	具有处方治疗图示功能，明确电极放置位置，精确治疗且具有示教作用。
	18	可锁定治疗列表，也可提供出租服务，规定使用者只能执行专业人员确定的程序。
	19	尺寸：约160x100x35 mm。
	20	主机重量（含电池）：≤440.5 g。
	21	屏幕：显示屏面积≥2.6寸。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：超短波治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	额定工作频率： 27.12 MHz
	2	两种治疗模式：持续和脉冲；
	3	功率能量：持续输出时，功率最大值可设到400W；脉冲输出时，最大输出功率为1000W，
	4	脉冲输出时，脉冲重复频率可以在15—200Hz之间选择，≥10个等级
	5	脉冲输出的平均功率：在 0.6W 到 80W 之间；最大输出功率1000W时，平均功率为6W到80W之间。
	6	提供不同脉冲频率及脉冲峰值功率的平均功率治疗表；
	7	快速自动调谐，保证功率输出恒定，温度精准控制
	8	脉冲持续时间（脉冲宽度）： 0—400 us；
	9	输出波形：方波脉冲波；
	10	治疗时间： 0-30分钟可调，到达预定时间发出声音信号并自动停止输出；
	11	盘式电容电极 (Ø 130mm)，电极接头分多档可调，每档距离5MM；

	12	安全保护：在治疗过程中，由持续输出转为脉冲输出是设备自动停止输出；由脉冲输出转为连续输出，设备输出自动调节到最小安全值；
	13	全金属外壳，配有高频开关，高频电路设置独立自动空气断路器，具备多重防过载保护；
	14	全屏蔽设计，设备电源线为具有电磁屏蔽网的不可拆卸软电缆，具有良好的电磁兼容性，屏蔽有害电磁辐射；
	15	电极臂长度：约93cm
	16	尺寸（长×宽×高）：约56×43×92.5cm 不含电极臂重量：≤80kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五： 认知训练系统 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	可储存上百万条以上的病历信息以及评估治疗数据。可进行病历建档功能，包含患者各种基本信息和临床诊断等相关信息。可以浏览、检索、添加、删除患者病历信息。选中某个患者进入训练系统，可对其进行分模块管理。
	2	可查看患者基本信息、患病症状以及病情发展情况、治疗计划、排班情况、评估结果以及训练报告等。方便治疗师根据病程发展情况制定精准的训练方案以及学术交流和共享。
	3	记录患者训练数据，可实时查看训练记录，训练报告。
	4	对患者训练信息进行可视化数据统计分析，从训练时长、训练成绩、反应时间、到达等级、进步情况等 方面分析个体的训练结果变化趋势。总结出患者各方面能力的优劣情况，以便治疗师制定和调整治疗方 案。
	5	系统支持导出或打印患者的训练报告数据。
	6	系统提供心理学和认知康复相关量表，包括认知、注意力、记忆力、手势识别等多方面能力的测试评定 。
	7	系统可自动分析患者的测试内容得出相应的评估报告。
	8	系统可记录患者所有评估数据，治疗师可随时查看每次的测试详情和报告数据。
	9	根据患者评估结果，针对患者能力薄弱方面给出推荐方案。
	10	系统可根据评估结果提供推荐训练方案，治疗师也可自定义制定训练方案，根据患者情况进行个性化选 择。
	11	训练项目1-10个等级不等，可自动调整等级难度，也可以手动设置等级难度。
	12	训练项目包括5大能力：计算训练、思维训练、知觉训练、记忆训练和注意力训练。
	13	计算训练应包含不少于4个子训练类型，至少包含数字与顺序、加减法、数量与比较、应用计算。
	14	思维训练包含不少于3个子训练类型，至少包含逻辑推理、分类判断、综合分析。
	15	知觉训练包含不少于4个子训练类型，至少包含视空间关系、视觉完型、视觉扫描、视觉记忆。
	16	记忆训练包含不少于4个子训练类型，至少包含短期记忆、记忆广度、空间记忆、听觉记忆。
	17	注意力训练包含不少于4个子训练类型，至少包含注意力广度、持续注意力、注意力分配、集中性注意力。
	18	眼动训练：系统内置眼动训练模块，可针对注意力障碍、知觉障碍和计算障碍等进行康复训练，例如海 底世界、采蘑菇、数字气球、飞船保卫战等定制训练项目。眼球追踪识别距离范围:50-95cm，眼球追踪 采样频率：90Hz， 支持头部转动跟踪。眼动追踪训练时，可以实时绘制眼球的运动轨迹，根据眼动频率分析 训练者的专注度，以可视化波动曲线实时反馈。
	19	系统支持AR增强现实训练：数字AR卡片。通过AR进行人机交互的视知觉训练

	20	系统配备手势动作识别范围：0-60cm高度，120x150°区域。
	21	软件可以通过系统设置控制音量以及训练方案时长的参数。
	22	软件可进行排班管理，设置排班相关参数，保证资源最大利用率。
	23	保存系统操作记录，例如操作内容、时间、用户等。
	24	屏幕可旋转调节， $\pm 10^\circ$ ，屏幕转轴寿命 5W次以上。摄像头可调节角度，正视面部或者面板。
	25	设备具备可实现手势动作识别功能，达到手眼协调训练目的。
	26	手势动作识别采样频率：120Hz
	27	手势动作至少包括四个以上手眼脑多任务训练项目
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：超声波治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	操作：≥4.3英寸中文彩色触摸显示屏；
	2	显示：高清彩色液晶显示屏，中文显示,屏幕显示分辨率：≥480×272；
	3	输出模式：连续输出和脉冲输出；
	4	脉冲频率：16Hz，48Hz和100Hz；
	5	声工作频率：单头可实现双频输出（1 MHz/3 MHz）；
	6	有效声强：0-2W/cm²持续，0-3W/cm²脉冲；
	7	治疗时间：0-30min可调，可一键实现5min、10min、15min的治疗时间选择；
	8	处方功能：内含≥25个临床常见疾病的标准处方；
	9	存储功能：可以保存≥20个自定义处方（即收藏夹）；
	10	治疗信息：内设的固定处方带有治疗信息，包含文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息；
	11	接触控制功能：当超声治疗头没有足够的表面接触到患者时（低于几何面积的65%），治疗就会中断（接触控制），同时治疗计时中断；
	12	手持式超声治疗头：配有5cm²和0.8cm²探头（探头为防浸式设计，可用于水下治疗）；
	13	最佳接触面积控制功能：超声探头接触面积可以重新校准，对于探头轻微的碰撞，导致输出紊乱，设备可以通过软件自动修复；
	14	脉冲模式占空比：5%、10%、20%、33%、50%、80%；
	15	主机尺寸：约21cm*19cm*9cm (w*d*h)；
	16	主机重量：≤694g； 超声治疗头（5cm²）重量：≤394g； 超声治疗头（0.8cm²）重量：≤380g；
	17	电源电压：AC220V、50/60Hz；
	18	输入功率：50VA。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：空气波治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	供电电源：220VAC，50Hz
	2	压力范围：1~32kPa或8~240mmHg连续可调，压力调节精度1kPa
	3	压力控制精度：医用级气泵，压力控制精度为±3kPa
	4	压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位

	5	时间范围： 5~99分钟，连续可调
	6	充气速度： 7~14秒/腔，调节步长1秒/腔
	7	输出控制方式：双路输出，通过一分二充气导管，可同时连接4个充气气囊，并可同时按顺序充、放气
	8	人机交互界面：≥4.3寸彩色高清中文LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（模式、压力、设置时间、剩余时间、加压部位等）
	9	治疗模式：内置10种治疗模式，1种标准模式（静脉模式）+9种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式）
	10	患者紧急停止保护：通过自控开关实现患者自主的紧急停止保护
	11	单腔零压力设置：可通过气管通道的关闭设置，实现单腔零压力，保证创面位置零压力，确保使用安全
	12	信息存储：可选配4G内存卡存储仪器运行信息
	13	噪音控制：整机最大运行噪音≤60dB
	14	气囊结构：采用“瓦片式”设计，层叠式设计实现无压力死角，保证静脉血单向回流，保护静脉瓣膜
	15	气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式）
	16	紧急状态下可手动释压
	17	具有超压、欠压、脱落等安全提示，具有故障代码提示
	18	主机尺寸和质量：≤12Kg，主机尺寸（长×宽×高）：约360mm×270mm×175mm；
	19	可选配蓄电池，不插电工作≥8小时
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：体外膈肌起搏器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	台推式设计，与台车结合可以作为柜式机使用；
	2	高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现；
	3	双通道输出，每通道分左右，可单独调节；
	4	治疗时间：5～120分钟，≥8档可调，允差为±5%；
	5	脉冲宽度：200μs，输出波形无调制，允差为±10%；
	6	脉冲频率：30Hz～50Hz，≥5挡，对应周期为1/30s～1/50s，允差为±10%；
	7	负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V
	8	开路时输出峰值电压≤500V
	9	刺激强度：≥30档，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V；
	10	刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%；
	11	具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能；
	12	开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能；
	13	工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示；
	14	内置电池，并配置有电量提示功能；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：无创呼吸机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	全中文操作界面。
	2	显示屏： ≥ 4.3 英寸彩色液晶显示屏
	3	操作界面：具有旋钮操控、触屏操控
	4	配血氧模块进行血氧饱和度及脉率监测，指导临床医生调节相关参数。
	5	压力范围：吸气正压（IPAP）：6cmH ₂ O~30cmH ₂ O，呼气正压（EPAP）：4cmH ₂ O~25cmH ₂ O，持续正压（CPAP）：4cmH ₂ O~20cmH ₂ O；步进0.5cmH ₂ O
	6	通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、平均压力支持容量保障（VGPS模式）、选配：双水平正压通气模式(AUTO S)
	7	VGPS模式下具备容量保障功能，目标潮气量设置范围值：200ml~1500ml。
	8	机器能够设置吸气灵敏度、呼气灵敏度 ≥ 6 档可调
	9	机器能够设置压力上升时间 ≥ 6 档可调，最快压力上升时间150ms
	10	具备吸气时间窗设置功能，自主呼吸最长吸气时间1~4.0S可调，步进0.1秒；自主呼吸最短吸气时间0.5S~4.0S可调，步进0.1秒。
	11	T模式下可以设置后备吸气时间设置范围：0.3秒~4.0秒，步进0.1秒；后备呼吸频率设置范围：5BPM~40BPM，步进1BPM。
	12	具备压力释放技术，压力释放档位 ≥ 7 档可调
	13	主机与湿化器采用分体式设计，可拆卸
	14	湿化器温度调节范围5℃~35℃， ≥ 5 档可调
	15	水罐具有防反流设计，最大容量 ≥ 290 ml
	16	机器具有闹钟功能，可进行标签的选择，开启/关闭、时间的调节
	17	机器具备报警提示功能包含：断电提示、SD卡异常提示、低潮气量提示、漏气提示等
	18	配台车
	19	辅助功能：AS-Dry干燥技术、治疗数据存储、自动漏气补偿、自动开机、自动关机、具备屏幕背光自动熄灭功能
	20	监测参数：机器工作时主屏幕可监测压力波形图，流量波形图，潮气量、分钟通气量、呼吸频率、湿化器档位、当前通气模式等多项监测参数，配血氧模块后可监测血氧饱和度、脉率等参数
	21	具备实时治疗参数监测：潮气量监测范围：0-1500ml，分钟通气量监测范围：0-25L/min，呼吸频率监测范围：4-60BPM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：电动多功能理疗床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品尺寸规格：约183x55cm
	2	框架材质：铁框架加表面喷塑处理
	3	承重： ≥ 250 kg
	4	电压：220V~50HZ
	5	升降高度：45-74cm
	6	调节需要时间：约30秒
	7	第一段长度400mm可调节角度：15度到-20度；头部可垂直调节，调节距离10cm
	8	第二段长度205mm

	9	第三段长度225mm
	10	第四段长度695mm 可调节角度：0度到15度
	11	四顿压模块设置分别是颈椎，上胸椎，下胸椎，骨盆。
	12	床面厚度7cm，填充90高密度海绵
	13	超静音电机推力≥ 6000N
	14	脚控控制床体升降，两个可调节脚；
	15	尾部有延长板，可延长距离≥10cm，高度可调节距离≥18cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一： 恒温泥蜡疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	仪器组成： 由料箱、饼箱、托盘、石蜡、控制系统组成。
	2	采用左右卧式结构，高度不超 1.3 米；外观喷塑烤漆制作，内部 SUS304 不锈钢制作。
	3	双液晶屏设计：两块 10.4 寸超大液晶触摸屏（液晶屏×2），中文显示，操作简单。
	4	双料箱设计：采用 SUS304 不锈钢圆形料箱设计，确保融化速度和均匀性，具备双料箱（料箱×2）设计，双料箱可同时工作，也可以独立工作。
	5	双饼箱设计：采用 SUS304 不锈钢方形饼箱设计，确保密封性和均匀性，具备双饼箱（饼箱×2）设计，双饼箱可同时工作，也可以独立工作。
	6	化蜡技术：无水化蜡技术，避免水份和石蜡融合产生烫伤问题。
	7	安全性设计：具有料箱安全锁、门盖开关检测、语音报警、超温、漏电、过热、防干烧、过压、短路、接地保护等多重安全防护功，尽可能降低使用风险。
	8	全自动多模式选择 可自动 24 小时开关机、融料、自动制饼，参数自动记忆保存，无需人工接料、放料，适合临床各种使用情景。1）立即制饼模式：预设参数之后，一键全自动完成制饼操作 2）预约制饼模式：预设参数之后，根据隔日预约时间，全自动完成制饼操作 3）假期制饼模式：预设参数之后，根据设置的假期时间，全自动完成制饼操作 4）饼箱制饼模式：预设参数之后，全自动完成制饼操作 5）手动制饼模式：具备应急手动制饼，可随意设定盘数，全自动完成制作 6）饼箱恒温模式：预设参数之后，完成饼箱恒温操作
	9	消毒设计：具有一键紫外线、高温消毒功能，有效杀灭表面及内部细菌防止交叉感染，确保更安全使用。
	10	双观察窗照明设计：料箱和饼箱均有双 LED 照明系统（照明系统×2）和双观察窗（观察窗×2），可随时观察工作情况。
	11	开门检测功能：料箱和饼箱均有开门检测功能，液晶屏上实时显示开关门状态。
	12	防堵功能：采用曲面发热体，确保管道受热均匀。
	13	托盘设计：托盘采用交叉导料方式，根据托盘可选择不同厚度，厚度 10-30mm 可选，标准厚度为 15 mm，满足不同临床需求。
	14	电源: 220VAC±10% 50Hz ； 功率: 2700VA
	15	料箱：全不锈钢 304；65L±10% 温控范围：60～95℃
	16	饼箱：全不锈钢 304；250L±10% 温度范围：35～75℃
	17	制饼方式：可同时制饼 20 盘，1-5、1-10、1-15、1-20 盘可选，共四个区域独立选择和工作，每个托盘上均有单独的出料装置。

	18	设备结构：配备移动脚轮和可调式脚垫，脚轮带刹车功能。
	19	排料功能：具有程序自动排料和手动排料功能。
	20	操作提示：具备人工语音操作提示和预警功能。
	21	循环风道：进风及排风进行循环系统设计，温度误差 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，确保蜡饼内无液态及夹心共存现象。
	22	清洗功能：具备电动排料、电动排水清洗功能。
	23	排料调节：一键触摸屏操作，可通过触摸按钮实现所需任意盘数及排料量的调节。
	24	双锁扣设计：双料箱具备钥匙锁扣设计（锁扣 $\times 2$ ）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：手功能康复机器人 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	气动驱动，多通道同时多人使用，气动手套可实现1秒快速插拔。
	2	治疗时间可任意调节，智能屈伸 ≥ 10 档独立可调。
	3	手控训练模式。
	4	多种训练模式包括：智能被动训练、镜像训练、助力训练、主动训练、抗阻训练、语音声控；训练强度至少低和强两档可调，可选择左右手。
	5	具有防痉挛模式，避免屈伸过快诱发痉挛，可以通过设置防痉挛开启或关闭。
	6	配有可拆卸锂电池，便携式机身。
	7	智能被动训练，可设置选择普通和抓球场景。
	8	创新式镜像训练，实时采集健侧手动动作并带动患侧手进行屈伸训练，采用穿戴式数据手套，内置弯曲传感器，用于实时采集手指弯曲度。
	9	场景化的任务导向性训练，训练过程中伴有实时语音引导。
	10	助力训练，气动手套识别患侧手屈伸动作意图，协助患侧手完成屈伸动作。有屈伸、屈曲和伸展3种助力训练方式可选，屈伸动作意图的检测灵敏度有低、中和高可调，。
	11	主动认知康复训练，含原创主题动画训练，主动训练有屈曲和伸展2种训练模式可选，主动训练难度3档可调，包括简单、一般、困难。
	12	抗阻训练模式，有普通和抓球2种抗阻训练场景可选，有低和强2档抗阻力度可调。
	13	主机液晶触摸屏尺寸 ≥ 8 寸，屏幕亮度可调，机身并配有 ≥ 8 个实体按键。
	14	有多种尺寸的软体康复手套（包括儿童版）供选配。
	15	语音声控模式，主机面板内置有 ≥ 1 个语音采集元件，可实时采集声音信号分析匹配 ≥ 2 种语音指令，包括手张开、手握紧，语音识别匹配时间 ≤ 1 秒，匹配成功后即进行对应的训练动作，实时采集并识别患者语音指令，执行相应动作，可进行言语训练和手功能康复训练，加速神经通路重建。
	16	气电联合模式，气压驱动联合神经肌肉电刺激，做到腕手一体化治疗，并有效进行手部张开，被动训练和镜像训练下支持的气电联合功能。
	17	气电联合组件由充电底座和气电联合从机组成，其中气电联合从机数量 ≥ 2 ，充电底座可同时为2个从机充电；
	18	气电联合从机为可穿戴式无线设计，外形尺寸 $\leq 55\text{mm} \times 50\text{mm} \times 13\text{mm}$ ，正负极与电极片采用磁吸式连接；
	19	气电联合从机内置蓄电池，满电情况续航 ≥ 3 小时；
	20	主机与气电联合从机无线连接，无遮挡情况下有效通讯距离 ≥ 5 米；

	21	气电联合从机上具有≥3个物理按钮，可进行≥30档的强度调节；
	22	气电联合模式支持≥2个电刺激通道同时刺激，可以实现手部牵伸训练，可完成腕部的完全伸展训练；
	23	气电联合从机内置多项安全防护，包括无负载保护、单次电刺激时长保护和无动作自动关机等。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三： 深层肌肉刺激仪 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	显示方式：液晶触控显示屏，显示当前转速、电量。
	2	电源：高能锂电池内部直流电源，电源适配器：输入a.c.220V，50Hz。
	3	电压：24V，允差±10%。
	4	电池容量：≥2600mAh（6节），电能62.4Wh，允差±10%。
	5	续航时间：≥3小时。
	6	振动幅度：6～12mm。
	7	转速：400～4500rpm，允差±5%，步近10rpm。
	8	最高振动频率：75Hz。
	9	工作时间：芯片控制治疗时间10min自动断电，允差±5%。
	10	主机尺寸：150×61×328mm，允差±20mm。
	11	噪声：≤60dB（A）。
	12	按摩头：≥25种，模拟传统按摩手法：禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、推、垂、击、拍、打、叩等。
	13	配重条：0.8kg、1.0kg各一个。
	14	易用设计：治疗手柄长，配有专用橡胶防滑皮套。
	15	包装箱：采用航空拉杆行李箱。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四： PT床 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品尺寸规格：约190x120x(49-93)cm
	2	净重：≤101kg
	3	框架材质：铁框架加表面喷塑处理
	4	承重：≥250kg
	5	电压：220V~50HZ
	6	升降高度：49-93cm
	7	调节需要时间：约30秒
	8	第一段长度65cm可调节角度：0度到65度，具备多个呼吸透气孔。
	9	第二段长度约120cm
	10	头部气杆控制角度的调整，头部前端有支撑加强。
	11	5cm 36密度海绵
	12	多个透气孔加孔塞设计，满足患者移动体位治疗各种需求。
	13	伸缩脚轮设计，方便床身移动

	14	电机≥8000N
	15	360度环形碰触式升降调节开关
	16	7.5cm直径医用承压轮
	17	四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五： OT桌 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（长×宽×高）：约1390mm×800mm×（610mm～850mm）
	2	桌面升降范围： 610mm～850mm
	3	桌面额定承载： ≥750N
	4	桌面尺寸（长×宽）：约1200mm×800mm
	5	手柄转动力矩： ≤10N•m
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六： PU圆头包胶哑铃 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	PU圆头包胶哑铃包胶材质，电镀手柄，（2.5KG、5KG7.5KG、10KG、12.5KG、15KG、17.5KG、20KG、22.5KG、25KG、27.5KG、30KG各一对）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七： 健身深蹲龙门架 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	管材≥75*75mm，杠铃片挂杆≥8只，J型钩≥1对，安全臂≥1对，杠铃杆挂杆≥1支，侧面异形孔，可适配 17/26mm深蹲架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八： 海绵缓冲垫 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	pvc/高密度压缩海绵黑色 750*500*150mm 密度要求每立方140倍，重量≤19kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九： 硬拉台 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	适配深蹲架TB008，3080*2430*50mm木色加黑色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十： 1.8米杠铃 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	承重≥40kg 直径28mm，用于新手举重训练，长度1.8m ，重量≤7.5kg，铝材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一： 卧推凳 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	重型调节凳，可下斜，仿真皮板垫，加厚管，电镀调节片，无阻力调节，可立式收纳结构，整体尺寸：约143.5*65*45cm，板垫尺寸约950*280*70mm，承重超900kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：四合一软跳箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	内部eva+木箱结构，15/30/45/60cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：综合训练器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	管材：2.5mm
	2	外形尺寸：约1630×3270×2330mm
	3	整机重量：≤350kg
	4	配重：2×90kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：专用杠铃奥杆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	握杆直径28mm，握杆部分长度1310mm，6段滚花设计；
	2	抗拉强度215KPSI，最大承重1500lb；
	3	产品重量约20kg，长度约2200mm。
	4	2根
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：软实心健身药球 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	680D抗拉PVC面料，高弹丝棉橡胶颗粒填充，黑色版本，产品双层跑线结构不易破裂，重心稳定4LB、6LB、8LB、10LB、12LB、14LB、16LB、18LB、20LB、25LB、30LB。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：平凳卧推凳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚钢板，承重≥800kg 底部防滑固定垫，60*60mm管材，防滑表皮板垫，表面为经典黑色粉末喷涂
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：竞技壶铃 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	把手直径33mm,高度280mm，宽度210mm8KG、12KG、16KG、20KG、24KG、28KG各一对
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：**PU三孔手抓杠铃片** 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2.5KG三对、5KG四对、10KG五对、15KG四对、20KG三对、25KG两对
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：**PVC负重健身包** 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	草席纹表皮，微防滑设计，把手外部有PVC外套，内部填充沙袋， 5KG 、10KG 、15KG 、20KG 、25KG
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：**电子微量泵** 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	药盒设置需有如下规格：100mL，175mL，250mL
	2	液晶屏可视尺寸：≥65*30mm
	3	参数显示：≥4行
	4	持续量 0-20mL/H(1-10mL/H时步进量≤0.1; 10-20mL/H时步进量≤1)
	5	PCA量：0-20mL/次(1-10mL/次时步进量≤0.1; 10-20mL/次时步进量≤1)
	6	PCA锁定时间：3-300分钟
	7	时间限量：0-60mL/H ≤1步进调节
	8	负荷量 0-20mL/次(1-10mL/次时步进量≤0.1; 10-20mL/次时步进量≤1)
	9	药液过滤器滤除率 5μm粒子不小于90%
	10	配备防回流阀
	11	具备排气功能
	12	具备低电压报警功能
	13	具备药盒脱落报警功能
	14	具备PCA控制器脱落报警功能
	15	具备气泡报警功能
	16	具备无药量提醒功能
	17	具备电机错误报警功能
	18	具备堵塞报警功能
	19	具备总量限制提醒功能
	20	具备声光报警提示功能
	21	具备掉电保存功能
	22	具备时间设置功能
	23	具备查询功能：包括报警和提示、参数、PCA、过程输液数据
	24	具备密码功能
	25	具备PCA端子推拉自锁功能
	26	配备背带或吊带

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十一：多关节主被动训练仪（上肢） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电源：额定电压a.c.220V，额定频率50Hz，额定输入功率：185VA。
	2	外形尺寸（长宽高）：1300×600×1500mm，允差±10%。
	3	显示方式：≥8英寸液晶触摸屏，屏幕水平方向0°～270°可调，允差±10%。
	4	支持床旁操作方式。
	5	训练部分角度调节范围：水平方向0°～180°可调，允差±10%。
	6	上肢臂伸长量调节范围：0～150mm，允差±5%。
	7	训练部分高度调节范围：0～150mm，允差±10%。
	8	主动模式：提供力矩（主动阻力矩）1Nm～15Nm，允差±5%，15档设定，步进1Nm；在训练过程中显示当前速度、训练时间和阻力；训练结束后显示训练结果。
	9	被动模式：a) 训练时间调节范围：1min～60min，允差±30s，步进1min。b) 训练速度调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm。c) 运动方向可调：有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向。d) 电机输出扭矩：高、中、低3档。e) 痉挛模式：选择开启和关闭，训练结束后屏幕显示痉挛次数。f) 痉挛后方向可调：固向、变向两种，可调节痉挛后旋转方向与原方向一致或相反。
	10	训练结果显示：训练结束时显示锻炼时间、主动时间、左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。
	11	手持方式：训练手柄、前臂支托。
	12	具有应急安全保护开关。
	13	转向时间可设置：0～3分钟，正常训练过程中在设定转向时间到后改变运动方向。
	14	痉挛灵敏度可设置高、中、低3档。
	15	痉挛暂停时间范围：3～15s。
	16	具有情景训练模式，增加训练趣味性。
	17	训练过程中提供肌力对称性信息。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：多关节主被动训练仪（下肢） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（长×宽×高）：1450mm×600mm×1560mm，允差±10%。
	2	牵拉绳长度：750mm，允差±10%；牵拉绳调节部件长度可调，调节范围0～270mm,允差±10mm，牵引绳承受重力500N，允差±10%。
	3	显示方式：≥8英寸液晶触摸显示屏。
	4	对接功能：有与床对接功能。
	5	屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%；下肢训练部分伸缩可调节范围0～150mm,允差±10%。立杆伸缩可调，调节范围0～150mm,允差±10%。

6	主动模式：提供力矩（主动阻力矩），1Nm~15Nm，允差±5%,分15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示
7	被动模式： a) 训练时间可调，调节范围：1min~60min，允差±30s，步进为1min，默认20min； b) 训练速度可调，调节范围：5rpm~55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm； c) 运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向； d) 电机输出分为高、中、低3档（允差±20%）； e) 痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示； f) 痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。
8	训练结果显示：训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。
9	训练仪工作噪音≤60dB（A）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（内蒙古自治区国际蒙医医院关于医疗设备采购项目的采购项目）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（内蒙古自治区国际蒙医医院关于医疗设备采购项目的采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

内蒙古自治区国际蒙医医院关于医疗设备采购项目的采购项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

内蒙古自治区国际蒙医医院关于医疗设备采购项目的采购项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 50.0分 商务部分 20.0分 报价得分 30.0分	
	技术参数 (20.0分)	技术参数全部满足或优于公开招标文件中技术参数要求的，最高得 20分 ，技术参数每有一项不满足或负偏离的扣 1分 ，扣完为止。
	整体方案 (6.0分)	（1）货物运输和来源有详细的保障措施得 0～3分 。（2）货物包装、发运计划方案详细、实用、可行得 0～3分 。

技术部分	产品整体质量状况 (8.0分)	(1) 所投产品整体品质优良、功能完善得0~2分。(2) 所投产品的检验报告、技术白皮书、配置清单(说明)和产品彩页等相关技术资料齐全, 质量保障措施内容完善、合理, 得0~3分。(3) 投标文件中质保期内和质保期外的备品备件清单和价格明细详细, 备品备件充足程度, 计划充分, 得0~3分。
	产品性能 (8.0分)	(1) 所投产品选型、配置合理, 得0~2分。(2) 所投产品使用过程中先进、具有良好的稳定性, 安全可靠, 得0~3分。(3) 所投产品维护保养、运行成本、维护费用科学合理且操作方便的得0~3分。
	安装调试, 维护方案 (4.0分)	(1) 投标人提供相应技术支持及调试方案完整、合理有效的得0~2分; (2) 投标人提供的设备日常保养维护有针对性意见且切实有效的得0~2分。
	应急预案 (4.0分)	(1) 针对本项目的应急预案, 应急预案的应急措施详尽得0~2分。(2) 应急预案解决方案完善、合理、可行得0~2分。
商务部分	业绩 (10.0分)	投标人提供近三年(2021年09月01日至提交投标文件截止时间)承担的同类业绩, 提供合同原件扫描件以及对应产品发票影印件, 每提供一项得2分, 此项最高得10分。(时间以合同签订日期为准, 须包括签订日期、签字盖章页及能体现采购内容的关键页)
	售后服务 (6.0分)	(1) 售后服务机构和服务人员配备合理, 得0~2分。(2) 服务响应: 不合格产品及时免费更换方案完善、可行、故障响应时间、维修完成时间保证措施详细、可行得0~2分。(3) 质保期内、外售后服务承诺及具体措施详尽、明确及时、有效, 得0~2分。
	培训方案 (4.0分)	(1) 投标人提供的培训方案培训目标清晰、明确, 培训方案详细, 内容全面丰富, 课程安排合理的, 得0~2分;(2) 投标人提供的培训团队配置合理, 可充分满足招标人要求的得0~2分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法: 无。

6. 汇总、排序

最低评标价法: 评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法: 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的, 按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标(成交)人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的, 采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。