

手术器械及医疗设备购置项目

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古医科大学第二附属医院

采购代理机构名称：呼和浩特市蒙通项目管理有限公司

项目编号：**NMGZCS-G-H-240881**

2024年09月18日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

呼和浩特市蒙通项目管理有限公司受内蒙古医科大学第二附属医院委托，采用公开招标方式组织采购手术器械及医疗设备购置项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：手术器械及医疗设备购置项目

项目编号：NMGZCS-G-H-240881

采购计划备案号：内政采计划[2024]23659

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	手术器械等	1	详见招标文件	1,325,000.00
2	医疗设备等	15	详见招标文件	2,565,440.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（手术器械等）：

1)投标人根据所投设备分类提供其医疗器械经营许可证或《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》。根据分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）。

合同包2（医疗设备等）：

1)投标人根据所投设备分类提供其医疗器械经营许可证或《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》。根据分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：呼和浩特市蒙通项目管理有限公司

地址：呼和浩特市新城区科尔沁北路绿地智海大厦A3-A4裙楼-3024

联系人：陈思远

联系电话：15947610410

采购单位名称：内蒙古医科大学第二附属医院

地址：呼和浩特市赛罕区科尔沁南路59号

联系人：李女士

联系电话：0471-2576589

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共2包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（手术器械等）：综合评分法 包2（医疗设备等）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。采购机构代理服务收费标准：参考《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》文件之规定向中标方收取招标代理服务费；货物类，费率为1.5%，招标代理服务收费根据中标金额×费率计算
15	投标保证金	手术器械等：保证金人民币：0.00元整。医疗设备等：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（手术器械等）：总价 合同包2（医疗设备等）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：本项目兼投兼中。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古医科大学第二附属医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指呼和浩特市蒙通项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下

的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一

CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

手术器械等

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料或声明函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	投标人根据所投设备分类提供其医疗器械经营许可证或《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》。根据分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）。

医疗设备等

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料或声明函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函。

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	投标人根据所投设备分类提供其医疗器械经营许可证或《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》。根据分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

1.内蒙古医科大学第二附属医院手术器械及医疗设备购置项目，投标人的投标报价（包括单价、总价）不得超出预算金额。否则为无效投标。

2.投标人须提供所投产品技术材料，至少包括但不限于生产厂家技术参数、检验报告、技术白皮书、产品彩页、配置清单（说明）等。

3.合同包1：手术器械等的投标人的投标文件中必须提供投标产品分项报价表，投标人的投标报价（包括单价、总价）不得超出预算金额。否则为无效投标。

4.投标文件中必须提供投标产品配置清单表（包括配件名称和型号规格）。

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（手术器械等）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后20日
标的提供的地点	内蒙古医科大学第二附属医院内
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起120日历天
付款方式	1期：支付比例50%，合同签订之日起5日内中标人支付合同金额10%的履约保证金，医院预付合同金额的50% 2期：支付比例50%，项目验收合格后医院支付合同款的50%
验收要求	1期：设备到货验收：设备运抵用户所在地现场后，用户与投标人共同完成开箱验货，根据采购人验收管理制度进行验收，验货结果双方认可
履约保证金	收取比例：10%，说明：缴纳金额：合同金额的10% 缴纳时间：合同签订之日起5日内 退还时间：合同履行结束后无息退还。 单位名称：内蒙古医科大学第二附属医院 地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区科尔沁南路59号 纳税人识别号：12150000460029621M 开户行：中行呼和浩特新华支行 银行账号：155606249714
其他	质保期：3年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		手术器械	手术器械一批	套	1.00	1,325,000.00	1,325,000.00	否	工业	详见附表一

附表一：手术器械一批 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		一、产品名称：手术器械 (一) 数量：一批 (二) 预算总价：97.1万元 (三) 技术要求

- 1.弯髓核钳：10把，弯头，220×4.0
- 2.直髓核钳：10把，直头，220×4.0
- 3.手术刀柄：100把，4#
- 4.手术刀柄：100把，7#
- 5.组织镊：100把，125，头部1×2钩
- 6.海绵钳：200把，300×10，弯有齿
- 7.咬骨钳：50把，240×4×20°，直头，双关节
- 8.持针钳：100把，160，直，粗针
- 9.持针钳：100把，180，直，粗针
- 10.皮肤拉钩：30把，180×12×24，钝
- 11.皮肤拉钩：30把，170×8×16，钝
- 12.骨膜剥离器：30把，180×4×5，弯/弯，双头
- 13.椎板咬骨钳：2把，230×4×130°，超薄型，可拆式
- 14.椎板咬骨钳：2把，230×3×130°，超薄型，可拆式
- 15.椎板咬骨钳：2把，230×3×110°，超薄型，可拆式
- 16.椎板咬骨钳：2把，230×2×110°，超薄型，可拆式
- 17.椎板咬骨钳：2把，230×2×130°，超薄型，可拆式
- 18.髓核钳：2把，220×3，握柄式
- 19.髓核钳：2把，220×4，握柄式
- 20.髓核钳：2把，220×3×150°，握柄式
- 21.髓核钳：2把，220×4×150°，握柄式
- 22.咬骨钳：2把，240×8，直头，双关节
- 23.骨刀：2把，300×8，直，超薄刃，圆刃
- 24.骨刀：2把，300×10，直，超薄刃，圆刃
- 25.肿瘤摘除镊：1把，240×3，枪状，头端有齿
- 26.显微镊：1把，225×0.6，枪状，头端无齿
- 27.显微镊：1把，225×0.9，枪状，头端有齿
- 28.脑吸引管：2把，270×Φ2，可控缩口
- 29.脑吸引管：2把，270×Φ3，可控缩口
- 30.咬骨钳：5把，240×3，直尖头，双关节
- 31.持针钳：5把，180，直，粗针
- 32.钢丝剪：2把，215×Φ2.5
- 33.起子：1把，SW4.5，内六方
- 34.起子：1把，SW2.5，内六方
- 35.电钻：转速：57把，0~1200转/分，可高温高压消毒

二、产品名称：电动气压止血带

(一) 数量：5台

(二) 预算总价：7.5万元，预算单价：1.5万元

(三) 技术要求

- 1.1 压力设定范围：0~70KPa，压力误差：±5Kpa；
- 1.2 时间设定范围：0~120分钟，初始充气时间：≤60秒，

1.3 工作状态噪声： $\leq 60\text{dB}$

2. 剩余时间还有10分、5分、1分钟时，有相应的语音提示

3. 压力过载、漏气等具备提示功能

4. 具备快速充气和脉动式放气功能

5. 配备 ≥ 3 种规格（大、中、小）袖带

三、产品名称：侧卧位架

（一）数量：4台

（二）预算总价：1.2万元，预算单价：0.3万元

（三）技术要求

1. 适用于侧卧位手术中手臂悬空放置

2. 配合固定器，可即装即用

3. 角度可调节，满足不同体位使用

4. 聚氨酯软垫尺寸 $\geq 420*120*40\text{mm}$

5. 适用于侧卧位手术及骨科侧身挡板保护腰椎

6. 支架材质为304不锈钢，垫子材质有至少两种选择

7. 圆垫尺寸约 $\phi 130*50\text{mm}$ ，方垫尺寸约 $200*120*50\text{mm}$

8. 不锈钢支架尺寸 $\geq 20*5*260\text{mm}$

四、产品名称：器械车

（一）数量：15台

（二）预算总价：12万元，预算单价：0.8万元

（三）技术要求

1.1 约 $650*500*810\text{mm}$ (到上台面)

1.2 约 $850*530*880\text{mm}$ (到上台面)

1.3 约 $1000*550*950\text{mm}$ (到上台面)

2. 304不锈钢材料制作，板材表面拉丝美化处理、抛光处理；

3. 底部脚轮：4只静音脚轮

4. 三只器械台可叠加存放

五、产品名称：头枕

（一）数量：2个

（二）预算总价：2.2万元，预算单价：1.1万元

（三）技术要求

1. 适用于手术病员安置体位

2.1 材质为凝胶；

2.2 凝胶密度： $0.98\text{g/cm}^3 \sim 1.1\text{g/cm}^3$ ；

2.3 凝胶由薄膜包裹

3. 压陷力： $26\text{N} \sim 29\text{N}$

4. 产品使用环保性材料、不易燃

5. 可用医用消毒湿巾或术室专用无腐蚀性的消毒液进行消毒。

六、产品名称：手术放大镜

（一）数量：1副

（二）预算总价：4.5万元

(三) 技术要求

- 1.放大倍数 ≥ 3.5 倍
- 2.总放大率误差: $\leq 2\%$
- 3.左右光学系统间垂直偏移: $\leq 15'$
- 4.有效工作距离: 25~55cm
- 5.视野范围: 50~100mm
- 6.镜框重量: $\leq 65g$
- 7.倾角: 36°

七、产品名称: 手外器械一批

(一) 数量: 1批

(二) 预算总价: 8万元

(三) 技术要求

- 1.显微剪: 6把
 - 1.1基本功能(用途): 用于剪切组织。
 - 1.2尺寸: 140~180mm, 直形, 刃长10~11
- 2.显微剪: 6把
 - 2.1基本功能(用途): 用于剪切组织。
 - 2.2尺寸: 140~180mm, 弯形, 刃长10~11
- 3.显微持针钳: 6把
 - 3.1基本功能(用途): 用于钳夹器械。
 - 3.2尺寸: 140~160mm, 直形, 头宽0.2~0.4
- 4.显微持针钳: 6把
 - 4.1基本功能(用途): 用于钳夹器械。
 - 4.2尺寸: 140~160mm, 弯形, 头宽0.2~0.4
- 5.显微镊: 6把
 - 5.1基本功能(用途): 用于夹持组织。
 - 5.2尺寸: 160~185mm, 直形, 头宽0.3~0.5
- 6.显微镊: 6把
 - 6.1基本功能(用途): 用于夹持组织。
 - 6.2尺寸: 160~185mm, 弯形, 头宽0.3~0.5
- 7.显微镊: 6把
 - 7.1基本功能(用途): 用于夹持组织。
 - 7.2尺寸: 180~200mm, 直形带齿, 头宽1.0~1.2
- 8.显微镊: 6把
 - 8.1基本功能(用途): 用于夹持组织。
 - 8.2尺寸: 180~200mm, 弯形带齿, 头宽1.0~1.2
- 9.无损伤止血钳: 6把
 - 9.1基本功能(用途): 用于钳夹主动脉血管, 分离组织以止血
 - 9.2尺寸: 140mm, 直形带齿
- 10.无损伤止血钳: 6把
 - 10.1基本功能(用途): 用于钳夹主动脉血管, 分离组织以止血

10.2尺寸：140mm，弯形带齿

11.显微止血夹：6只

11.1基本功能（用途）：用于手术中临时夹闭血管、组织止血。

11.2尺寸：120mm，合拢，方尾，直形

12.显微止血夹：6只

12.1基本功能（用途）：用于手术中临时夹闭血管、组织止血。

12.2尺寸：200mm，合拢，方尾，直形

13.显微止血夹：6只

13.1基本功能（用途）：用于手术中临时夹闭血管、组织止血。

13.2尺寸：250mm，合拢，方尾，直形

14.显微止血夹镊：4把

14.1基本功能（用途）：用于夹持器械、敷料。

14.2尺寸：100~140mm

15.显微止血夹镊：2把

15.1基本功能（用途）：用于夹持器械、敷料。

15.2尺寸：100~160mm，直或弯

16.显微止血夹：6只

16.1基本功能（用途）：用于手术中临时夹闭血管、组织止血。

16.2尺寸：120~150mm，止血，方尾，直形

17.显微止血夹：6只

17.1基本功能（用途）：用于手术中临时夹闭血管、组织止血。

17.2尺寸：160mm，止血，圆尾，直形

18.显微止血夹：6只

18.1基本功能（用途）：用于手术中临时夹闭血管、组织止血。

18.2尺寸：180mm，止血，圆尾，直形

19.显微止血夹：6只

19.1基本功能（用途）：用于手术中临时夹闭血管、组织止血。

19.2尺寸：300~570mm，止血，弯形，带齿

20.组织剪：6把

20.1基本功能（用途）：用于剪切组织

20.2尺寸：160~200mm，直形

21.组织剪：6把

21.1基本功能（用途）：用于剪切组织

21.2尺寸：160~250mm，弯形

22.显微外科器械消毒盒：6只

22.1基本功能（用途）：用于装载显微器械

22.2尺寸：长度：260~265mm，宽度：160~165mm，高度：20~30mm

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包2（医疗设备等）

1.主要商务要求

标的提供的时间

合同签订后20日

标的提供的地点	内蒙古医科大学第二附属医院内
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起120日历天
付款方式	1期：支付比例50%，合同签订之日起5日内中标人支付合同金额10%的履约保证金，医院预付合同金额的50% 2期：支付比例50%，项目验收合格后医院支付合同款的50%
验收要求	1期：设备到货验收：设备运抵用户所在地现场后，用户与投标人共同完成开箱验货，根据采购人验收管理制度进行验收，验货结果双方认可
履约保证金	收取比例：10%，说明：缴纳金额：合同金额的10% 缴纳时间：合同签订之日起5日内 退还时间：合同履行结束后无息退还。单位名称：内蒙古医科大学第二附属医院 地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区科尔沁南路59号 纳税人识别号：12150000460029621M 开户行：中行呼和浩特新华支行 银行账号：155606249714
其他	质保期：3年

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元 ）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属 行业	招标技 术要求
2	△	医用超声波仪器及设备	术中彩超	台	1.00	1,150,000.00	1,150,000.00	否	工业	详见附表二
3		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	射频热凝仪	台	1.00	420,000.00	420,000.00	否	工业	详见附表三
4		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	臭氧治疗仪	台	1.00	104,000.00	104,000.00	否	工业	详见附表四
5		临床检验设备	低速台式离心机	台	1.00	15,000.00	15,000.00	否	工业	详见附表五
6		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	智能疼痛治疗仪	台	1.00	50,000.00	50,000.00	否	工业	详见附表六
7		病房护理及医院设备	妇科诊查床	台	1.00	25,000.00	25,000.00	否	工业	详见附表七
8		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	便携式多波段光谱治疗仪	台	1.00	150,000.00	150,000.00	否	工业	详见附表八

9	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	骨质疏松脉冲磁治疗仪	台	1.00	50,000.00	50,000.00	否	工业	详见附表九
10	其他医疗设备	身高体重仪	台	1.00	20,000.00	20,000.00	否	工业	详见附表一十
11	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	CPM下肢关节康复器	台	1.00	17,200.00	17,200.00	否	工业	详见附表一十一
12	手术室设备及附件	清创机	台	1.00	100,000.00	100,000.00	否	工业	详见附表一十二
13	病房护理及医院设备	注射泵	台	9.00	10,000.00	90,000.00	否	工业	详见附表一十三
14	病房护理及医院设备	输液泵	台	4.00	10,000.00	40,000.00	否	工业	详见附表一十四
15	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	光谱热疗仪	台	1.00	220,000.00	220,000.00	否	工业	详见附表一十五
16	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	空气压力治疗仪	台	8.00	14,280.00	114,240.00	否	工业	详见附表一十六

附表一：术中彩超 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	序号	技术要求
	1	一、货物名称：术中彩超
	2	二、产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用
	3	三、系统技术规格及概述：
	4	1.≥12英寸医用专业彩色显示屏，分辨率≥1024x800，根据环境光变化自动调节亮度
	5	1.1探头接口1个，可扩展到3个
	6	1.2整机重量≤15kg（含电池）
	7	1.3支持用户自定义按键数量≥3个，同一个自定义键支持≥3个功能
	8	1.4支持多语言输入，至少包括中文、英语（包括键盘输入、注释、操作面板等）

9	1.5主机自带英文全键盘
10	2.二维灰阶模式
11	2.1组织谐波成像模式
12	2.2组织特异性成像
13	2.3多角度空间复合成像技术，支持 ≥ 7 条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头
14	2.4频率复合成像
15	2.5斑点噪声抑制成像
16	2.6回波增强技术
17	3. M型成像模式
18	3.1 彩色M型
19	3.2 解剖M型，取样线 ≥ 2 条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像
20	4. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
21	4.1 超宽动态血流技术
22	4.2 高分辨率血流成像
23	4.3 双实时同屏对比显示
24	4.4 自动调节取样框的角度及位置
25	5. 频谱多普勒成像
26	5.1 脉冲多普勒、高脉冲重复频率
27	5.2 连续多普勒
28	5.3 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度
29	6. 组织多普勒成像及定量分析单元
30	6.1 支持TDI、TEI、TVD、TVM四种模式
31	6.2 专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具
32	6.3 曲线解剖M型
33	7. 组织追踪定量分析单元
34	7.1 自动追踪心肌运动
35	7.2 可分析 ≥ 4 个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数
36	7.3 参数分析结果用牛眼图显示
37	7.4 支持左、右心室的追踪。
38	8. 造影成像及定量分析单元
39	8.1 用于腹部、浅表和微血管造影
40	8.2 左室造影和心肌造影
41	8.3 支持时间强度分析曲线和运动追踪

1

42	8.4 支持组织图像与造影剂图像混合造影模式。
43	9. 弹性成像及定量分析单元
44	9.1 组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标
45	9.2 支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析
46	10. 实时宽景成像：支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转
47	11. 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）
48	12. 图像放大技术
49	12.1 一键实现全屏放大
50	12.2 10倍局部放大（支持前端、后端放大）
51	13. 自动 workflow 协议
52	13.1 可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作
53	13.2 自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入
54	14. 穿刺针增强技术
55	14.1 双屏实时对比显示增强前后效果
56	14.2 增强平面角度可调，步进10°
57	15. 超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。
58	四、测量分析和报告
59	1. 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等
60	2. 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
61	3. 妇科/产科专用测量及分析
62	3.1 含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式
63	3.2 自动产科测量（支持双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围）
64	3.3 自动NT测量
65	4. 心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等
66	5. 血管内中膜自动测量
67	5.1 可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果
68	6. Auto EF射血分数自动测量
69	6.1 自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面
70	6.2 自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV
71	6.3 支持心室容积随时间变化的容积变化曲线
72	7. 儿科髌关节测量、神经测量和急重症测量

73	五、 电影回放及原始数据处理
74	1. 电影回放
75	1.1 所有模式下支持手动、自动回放
76	1.2 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储 ≥ 5 分钟的电影
77	1.3 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）
78	2. 原始数据处理，可对回放图像进行 ≥ 20 个参数调节
79	六、 检查存储和管理
80	1. $\geq 240G$ 固态硬盘
81	2. 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作
82	3. 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
83	4. 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。
84	七、技术参数及要求
85	1. 二维灰阶模式
86	1.1 焦点：4个，动态可调
87	1.2 扫描频率：电子凸阵：超声频率 1.3-5.0MHz，支持扩展成像；电子相控阵：超声频率1.5-5.0MHz， 扫描角度 $\geq 90^\circ$ ；电子线阵：超声频率3.0-13MHz，支持扩展成像；电子相控阵：超声频率4.5-9.8MHz
88	1.3 最大显示深度： $\geq 39cm$
89	1.4 TGC: ≥ 8 段， LGC: ≥ 4 段
90	1.5 动态范围: 30-190dB，可视可调
91	1.6 增益调节: B/M/D分别独立可调， ≥ 100
92	1.7 伪彩图谱: ≥ 8 种
93	1.8 扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频 ≥ 50 帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频 ≥ 40 帧/秒
94	2. 彩色多普勒成像
95	2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
96	2.2 显示方式: B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
97	2.3 取样框偏转: ± 30 度 (线阵探头)
98	2.4 扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频 ≥ 4 帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频 ≥ 6 帧/秒
99	2.5 支持B/C 同宽

100	3. 频谱多普勒模式
101	3.1 显示控制: 反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等
102	3.2 PW最大速度: $\geq 8\text{m/s}$
103	3.3 最小速度: $\leq 5\text{mm/s}$
104	3.4 取样容积: 0.5-20mm
105	3.5 偏转角度: ± 30 度 (线阵探头)
106	3.6 零位移动: ≥ 8 级
107	3.7 快速角度校正
108	八、连通性
109	1.参考信号: 心电, 呼吸波, 心电触发
110	2. 数据接口: HDMI、USB3.0接口、音频接口
111	3. 支持数据无线传输
112	4. 外设数据模块: 包含S-视频、VGA视频接口、高清音视频接口
113	5. 专用台车: 可升降
114	6. 具备可装卸探头扩展槽
115	7. 专用箱, 可装载主机、探头及相关备件
116	九、配置
117	1.探头 ≥ 4 把, 至少包括突阵探头、线阵探头、相控阵探头、TEE探头。
118	2.主机带高清晰、医用专业彩色液晶显示屏(含台车, 扩展器)。
119	3.软件功能: 至少包括急重诊应用软件包, 腹部应用软件包, 小器官应用软件包, 血管应用软件包, 穿刺针增强显示, 造影成像, 宽景成
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二: 射频热凝仪 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

序号	技术要求
1	电阻抗范围：0~3000欧姆
2	电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能 (1)电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00~10.0V (2)电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00~10.00mA
3	射频治疗模式： (1)至少具有单极应用、双极应用两种功能模式； (2)双极模式下分别实时显示两个电极温度，并分别控制每个电极的温度
4	脉冲射频模式： (1)高温脉冲射频温度范围:30~95℃ (2)高电压冲射频模式范围:10~99V (3)脉宽脉冲射频模式范围:3~45ms
5	电刺激定位脉冲频率范围1~200H，电脉冲宽度范围0.05~3ms
6	测温范围：20C~99℃
7	连续射频时间设定：0~10min
8	射频输出功率：≥50W
9	系统自设安全测试程序，具有自动检测电极功能、超温报警及断开报警功能
10	主机及电极测试能自动检测机器的工作状态
11	软件功能：配备相关软件，通过软件可以检测到相关数据，并且显示在显示屏。

1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：臭氧治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	序号	技术要求
	1	电压: AC220V
	2	频率: 50Hz
	3	环境温度: 5°C~40°C
	4	相对湿度: ≤85%
	5	大气压力: 700hpa~1500hpa
	6	输出臭氧浓度: 0~80mg/L, 连续可调
	7	功率: ≤200VA
	8	具有臭氧浓度检测系统
	9	配有显示屏≥6吋, 可显示浓度等信息
10	具有取气系统	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四: 低速台式离心机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	序号	技术要求
	1	转速: ≥4000r/min
	2	离心力: ≥3300g
	3	时间控制范围: 0~99min
	4	噪音: ≤65db
	5	电源: AC220V 50Hz 5A
	6	显示屏: 液晶显示
	7	交流变频电机驱动
	8	离心过程全封闭, 可避免污染
	9	具备超速自动停机保护功能
10	≥10种升降速率可选择	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五: 智能疼痛治疗仪 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	序号	技术要求
	1	工作条件： a) 环境温度：5℃~40℃； b) 相对湿度：10%~80%； c) 电源：AC220V
	2	液晶显示屏，可触摸屏操作
	3	输出：偏振光有效波长范围：0.6um~1.6um
	4	具备≥4种手动治疗模式和安全模式
	5	治疗仪输出强度的调节与指示均为相对单位，范围10%~100%。 最大输出功率：≤5.6W
	6	探头可连续、间隔输出
	7	设备在治疗过程中以及治疗结束有声音提示
	8	可保存治疗数据

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：妇科诊查床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	序号	技术要求
	1	床身采用A3钢材，可防污防锈
	2	配有可伸缩式不锈钢污物盆
	3	1400mm≤台面长度≤1450mm
	4	590mm≤台面宽度≤600mm
	5	台面最高（含垫）≤1000mm
	6	台面最低（含垫）≥570mm
	7	后倾最大角度≥15°
	8	背板上折≥55°

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：便携式多波段光谱治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

序号	技术要求
1	<p>1.峰值波长：（紫外线）$310\pm 20\text{nm}$； （红光）$\geq 630\text{nm}$； （红外线）$\geq 940\text{nm}$</p> <p>2.定时：设定40min以内任选。开机设定时间为20min。定时具有蜂鸣报警提示，且治疗仪同时自动停止工作。</p> <p>3.电源：$220\text{V}\pm 22\text{V}$，$50\text{Hz}\pm 1\text{Hz}$</p>
2	<p>1.单翼辐照强度及误差：（紫外线）$100\pm 20\% \mu\text{W}/\text{cm}^2$</p> <p>2.单颗光功率：（红光）$\geq 1\text{mW}$；（红外线）$\geq 1\text{mW}$</p>
3	<p>1.彩色液晶触摸屏显示</p> <p>2.治疗头水平旋转角度：≥ 270度，旋转稳定，能有效限位</p> <p>3.治疗头可单手操作，任意位置悬停</p> <p>4.治疗头垂直高度调节范围：$40\text{cm}\sim 140\text{cm}$，误差：$\pm 10\text{cm}$</p> <p>5.支臂/架伸展范围：$0\text{mm}\sim 900\text{mm}$ 误差$\pm 20\%$</p>
4	<p>1.灯距人体的距离：$\leq 20\text{mm}$</p> <p>2.治疗仪防护罩表面温度：$\leq 60^\circ\text{C}$</p> <p>3.相对湿度：$\leq 80\%$</p> <p>4.环境温度：$0^\circ\text{C}\sim 40^\circ\text{C}$</p>
5	用于组织损伤消炎和缓解疼痛，促进人体局部血液循环，缓解肌肉神经疼痛。辅助治疗维生素D缺乏和不足，辅助治疗骨质疏松。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：骨质疏松脉冲磁治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		序号	技术要求
	1	1	正常工作条件： 1) 环境温度：10℃~40℃； 2) 相对湿度：30%~75%； 3) 大气压范围：700hPa~1060hPa； 4) 电源：AC220V， 50Hz； 5) 输入功率：≤550VA；
		2	触摸屏≥7吋，一键飞梭的操作模式
		3	配备4种不同类型治疗导子；针对不同治疗部位，使用对应的治疗导子； 每个治疗导子内置8个热磁振子
		4	磁场强度：0~38mT，允差±30%
		5	磁场强度的波形周期T为20ms±0.4ms 振动频率范围为50Hz
		6	加热模式：至少五个档位可调，调节范围30℃~70℃
		7	治疗模式≥2种，模式不同对应的周期范围及频率范围均不同。
		8	治疗时间范围1~60min，连续可调
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		

附表九：身高体重仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	序号	技术要求
		1	测量项目：身高、体重、BMI等
		2	测量身高范围：90~200cm 测量身高误差范围：±0.5cm
		3	测量体重范围：2~250kg 测量精度：±0.1kg
		4	测量模式：体重或身高
		5	电源：AC 100-250V， 50/60Hz
	6	设备重量：≤43kg	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		

附表一十：CPM下肢关节康复器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	序号	技术要求
	1	微电脑控制
	2	全程长度和膝关节角度控制方式，采用角度传感器
	3	具有运行角度、速度自动增加模式功能，并具有力矩设定功能
	4	康复器接通外电源，机器显示器可显示上一次的设定数据。使用操作者可以根据具体情况改变原设定数据
	5	康复器大腿支架长度可调节范围 $\geq 90\text{mm}$ ，小腿支架长度可调节范围 $\geq 100\text{mm}$
	6	康复器的调节范围：大小腿支架之间的夹角(α)运动最大变化范围 $\geq 125^\circ$
	7	康复器额定载荷 $\geq 200\text{N}$ ，在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声
	8	康复器整机工作噪音 $\leq 65\text{dB}$
	9	康复器腿支架夹角(α)的角速度调范围：最低速 $\leq 1^\circ/\text{s}$ ，最高速度 $\geq 2.5^\circ/\text{s}$ ，并分档可调
	10	康复器在额定荷载下可连续工作时间 ≥ 2 小时
	11	康复器设置手动控制件，病人可自行控制康复器暂停或进行伸展/屈曲运动
	12	康复器输入功率为70VA。
	13	工作电压：220Vac
	14	采用50厘米以上的滚珠丝杠，最长运行时间240分钟
15	采用立体杆件	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：清创机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
		序号	技术要求
1	1	1	适用范围：包括但不限于擦伤、开放性创伤、犬咬伤、武器伤、褥疮、糖尿病溃疡、外科手术感染创面的清创。
		2	工作模式：至少具备超声清创、压力清创、负压吸引等三种功能
		3	有效超声工作频率：40kHz
		4	超声清创液体流量：50~130mL/min，连续可调。
		5	液晶屏幕显示，可触摸操作
		6	超声手柄标配 ≥ 3 个刀头，刀头形状不同
		7	配备脚踏开关和触屏开关
		8	自动扫频时间 ≤ 5 秒钟
		9	超声手柄采用钛合金材质
		10	管路外置，可防止交叉感

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：注射泵 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	序号	技术要求
		1	主机一体化设计，每个通道具备独立电源开关
		2	注射精度 $\pm 2\%$ 速率范围：0.1-2300ml/h 最小起始流速和步进流速均为0.1ml/h 快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选
		3	支持注射器规格：不少于以下规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml;
		4	支持 ≥ 5 种注射模式：至少包含速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式
		5	可储存 ≥ 1000 种药物信息 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色
		6	压力报警阈值至少7档可调，最低可设置50mmHg
		7	可存储 ≥ 2000 条的历史记录 电池工作时间 ≥ 5 小时
		8	防异物及进液等级IP44
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		

附表一十三：输液泵 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	序号	技术要求
		1	速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h, 快进流速范围：0.1-2000ml/h, 具有自动和手动快进可选
		2	支持 ≥ 5 种输液模式：至少包含速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、剂量时间模式
		3	在线动态压力监测，实时显示压力数值； 压力报警阈值至少7档可调
		4	具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小单位 $\leq 30\mu\text{L}$ 的单个气泡报警
		5	信息储存：可存储 ≥ 1000 条的历史记录 电池工作时间 ≥ 4 小时
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		

附表一十四：光谱热疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
------	----	------------	--

1	序号	技术要求
	1	产品名称：光谱热疗仪
	2	功率：≥500W
	3	输出方式：连续输出
	4	中心功率密度（常温）≥75mw/cm ² ；
	5	红外波长范围：590nm~1400nm；
	6	照射光斑直径（距离滤镜表面32cm处）≥15cm；
	7	照射光斑面积（距离滤镜表面32cm处）≥800cm ² ；
	8	配有可调定时器
	9	定时器时间范围≥50分钟
	10	光源底座有锁紧保护装置
	11	治疗装置配有定距杆
	12	定距杆长度≥32厘米；
	13	设备配备安全切断装置
	14	设备连续工作时间≥50分钟
	15	治疗外壳防护等级IP00，主机外壳温度：≤65℃；
16	设备具备倾倒防护装置；	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：空气压力治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	序号	招标参数
	1	具备实时压力检测及提示功能，具备超压或欠压等报警功能
	2	气压治疗模式≥3种
	3	可连续工作
4	压力0~200mmHg可调，调节步长≤10mmHg	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（手术器械等）：综合评分法

包2（医疗设备等）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（手术器械等）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（医疗设备等）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5 投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1. 符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

手术器械等

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

医疗设备等

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应

当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

手术器械等

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分55.0分 商务部分15.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数响应程度 (24.0分)	根据投标人对招标文件采购需求中的技术规格参数响应程度打分，完全满足或优于采购需求的得24分，技术指标不满足或负偏离每一项扣1分，扣完为止。注：根据投标人提供的佐证文件进行评价，未提供对应佐证资料或佐证资料无对应参数视作负偏离。
	整体实施方案 (10.0分)	根据投标人针对本项目采购内容制定整体实施方案包括：①供货进度安排计划 ②产品质量保证措施 ③产品的节能环保性 ④流程、设备验收交付方案 ⑤应急措施包括承担事故责任的能力、安全防范措施等5个方面进行评审，每个内容完全满足以上要求并且详细、切实可行的得2分；内容基本合理且完善得1分；只有简单描述无实质性内容、方案明显错误、不合理或未提供得0分。每个方面最多得2分，本项合计最多得10分。
	产品功能 (9.0分)	根据投标人提供的投标产品功能包括：①投标产品功能完善、技术先进 ②配置齐全、便于用户临床使用 ③操作方便、运行成本和维护费用低等3个方面进行评审，每个内容完全满足以上要求并且详细、切实可行的得3分；内容基本合理且完善得2分；只有简单描述无实质性内容得1分；方案明显错误、不合理或未提供得0分。每个方面最多得3分，本项合计最多得9分。

	产品成熟度 (6.0分)	根据投标人提供的投标产品成熟度包括：①产品的标准采用新技术的经济合理 ②成熟性和可靠性稳定，使用年限长的特点 ③产品的市场使用率高等3个方面进行评审，每个内容完全满足以上要求并且详细、切实可行的得2分；内容基本合理且完善得1分；只有简单描述无实质性内容、方案明显错误、不合理或未提供得0分。每个方面最多得2分，本项合计最多得6分。
	技术人员安排 (6.0分)	根据投标人提供的技术人员安排情况包括：①技术人员服务团队配置 ②技术支持保障能力 ③技术人员响应制度等3个方面进行评审，每个内容完全满足以上要求并且详细、切实可行的得2分；内容基本合理且完善得1分；只有简单描述无实质性内容、方案明显错误、不合理或未提供得0分。每个方面最多得2分，本项合计最多得6分。
商务部分	投标人业绩 (5.0分)	投标人提供近三年（2021年9月至本项目投标截止日）完成同类项目业绩，提供合同或中标通知书复印件（加盖投标人公章），每有一项加1分，满分5分，此项未提供不得分。
	售后服务方案 (10.0分)	根据投标人提供的售后服务方案包括：①售后服务内容及保障措施 ②故障响应及时、故障处理措施 ③技术支持、技术指导、培训计划 ④设备维护周期良好措施 ⑤备品备件充足，备品备件库及备品备件质量保证措施等5个方面进行评审，每个内容完全满足以上要求并且详细、切实可行的得2分；内容基本合理且完善得1分；只有简单描述无实质性内容、方案明显错误、不合理或未提供得0分。每个方面最多得2分，本项合计最多得10分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

医疗设备等

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分55.0分 商务部分15.0分 报价得分30.0分
技术参数响应程度 (24.0分)	根据投标人对招标文件采购需求中的技术规格参数响应程度打分，完全满足或优于采购需求的得24分，技术指标不满足或负偏离每一项扣1分，扣完为止。注：根据投标人提供的佐证文件进行评价，未提供对应佐证资料或佐证资料无对应参数视作负偏离。
整体实施方案 (10.0分)	根据投标人针对本项目采购内容制定整体实施方案包括：①供货进度安排计划 ②产品质量保证措施 ③设备安装、调试、试运行方案 ④流程、设备验收交付方案 ⑤应急措施包括承担事故责任的能力、安全防范措施等5个方面进行评审，每个内容完全满足以上要求并且详细、切实可行的得2分；内容基本合理且完善得1分；只有简单描述无实质性内容、方案明显错误、不合理或未提供得0分。每个方面最多得2分，本项合计最多得10分。

技术部分	产品功能 (9.0分)	根据投标人提供的投标产品功能包括：①投标产品功能完善、技术先进②配置齐全、便于用户临床使用③操作方便、运行成本和维护费用低等3个方面进行评审，每个内容完全满足以上要求并且详细、切实可行的得3分；内容基本合理且完善得2分；只有简单描述无实质性内容得1分；方案明显错误、不合理或未提供得0分。每个方面最多得3分，本项合计最多得9分。
	产品成熟度 (6.0分)	根据投标人提供的投标产品成熟度包括：①产品的标准采用新技术的经济合理②成熟性和可靠性稳定，使用年限长的特点③产品的市场使用率高3个方面进行评审，每个内容完全满足以上要求并且详细、切实可行的得2分；内容基本合理且完善得1分；只有简单描述无实质性内容、方案明显错误、不合理或未提供得0分。每个方面最多得2分，本项合计最多得6分。
	技术人员安排 (6.0分)	根据投标人提供的技术人员安排情况包括：①技术人员服务团队配置②技术支持保障能力③技术人员响应制度等3个方面进行评审，每个内容完全满足以上要求并且详细、切实可行的得2分；内容基本合理且完善得1分；只有简单描述无实质性内容、方案明显错误、不合理或未提供得0分。每个方面最多得2分，本项合计最多得6分。
商务部分	投标人业绩 (5.0分)	投标人提供近三年（2021年9月至本项目投标截止日）完成同类项目业绩，提供合同或中标通知书复印件（加盖投标人公章），每有一项加1分，满分5分，此项未提供不得分。
	售后服务方案 (10.0分)	根据投标人提供的售后服务方案包括：①售后服务内容及保障措施②故障响应及时、故障处理措施③技术支持、技术指导、培训计划④设备维护周期良好措施⑤备品备件充足，备品备件库及备品备件质量保证措施等5个方面进行评审，每个内容完全满足以上要求并且详细、切实可行的得2分；内容基本合理且完善得1分；只有简单描述无实质性内容、方案明显错误、不合理或未提供得0分。每个方面最多得2分，本项合计最多得10分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原

则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章):

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人，现委托_____ (姓名) 为我方代理人，参加_____ (项目名称) 的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章)：_____

法定代表人(签字)：_____

授权委托人(签字)：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。