

采购康复能力提升医疗设备项目

公开招标文件

采购单位名称：呼和浩特市第三医院

采购代理机构名称：内蒙古首峰项目管理有限公司

项目编号：**150101-NMSFZB-GK-20240002**

2024年10月23日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古首峰项目管理有限公司受呼和浩特市第三医院委托，采用公开招标方式组织采购采购康复能力提升医疗设备项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：采购康复能力提升医疗设备项目
项目编号：150101-NMSFZB-GK-20240002
采购计划备案号：呼政采计划[2024]04688

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	采购康复能力提升医疗设备项目	20	详见招标文件	3,810,000.00

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。
- 4.本项目的特定资格要求：
合同包1（采购康复能力提升医疗设备项目）：
1)供应商根据所投产品分类提供其《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》，根据分类提供医疗器械注册证(包括医疗器械产品注册登记表)或医疗器械备案凭证(包括医疗器械备案信息表)

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古首峰项目管理有限公司
地址： 内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路巴黎广场B单元9层2096号
联系人： 黄工

联系电话： 17647363961

采购单位名称：呼和浩特市第三医院

地址： 呼和浩特市回民区文化宫街21号、文化宫街37号

联系人： 刘老师

联系电话： 0471-2840688

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（采购康复能力提升医疗设备项目）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。 采购机构代理服务收费标准：参照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》（内工建协【2022】34号）文件规定的收费标准进行取费
15	投标保证金	采购康复能力提升医疗设备项目：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

1 8	是否专门面向 中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
1 9	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2 0	报价形式	合同包1（采购康复能力提升医疗设备项目）：总价
2 1	现场踏勘	否
2 2	其他	兼投兼中： -

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已招标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指呼和浩特市第三医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古首峰项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投

标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

采购康复能力提升医疗设备项目

具有独立承担民事责任的能 力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全 的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障 资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设 备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在 经营活动中没有重大违法记 录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	供应商根据所投产品分类提供其《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》，根据分类提供医疗器械注册证(包括医疗器械产品注册登记表)或医疗器械备案凭证(包括医疗器械备案信息表)

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构

应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表

签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

呼和浩特市第三医院是康复专科医院，主要是为患者提供康复治疗，康复治疗是综合性的医疗服务，旨在帮助患者恢复身体功能和提高生活质量。提升医院的康复能力对于满足患者需求、提高医院声誉和业务水平至关重要。通过项目采购配置改进康复科的设施、优化康复流程、全面提升医院的康复能力。

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（采购康复能力提升医疗设备项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后15个日历日内到货
标的提供的地点	采购方约定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例60%，合同签订后7日内，支付合同金额的60%;(签订合同后收到采购人第一批款项5个工作日内中标人向采购人出具合同总金额的5%的履约保函，自履约保函开具之日后1年且货物无任何质量问题和争议后，经采购人同意，无息全额退还履约保证金。) 2期：支付比例35%，货到安装调试运行7日内，支付合同金额的35% 3期：支付比例5%，验收合格后支付剩余的5%
验收要求	1期：验收方式：采购方自行验收 验收交付标准要求：符合国家验评标准并满足采购方正常使用要求
履约保证金	收取比例：5%,说明：以保函形式收取

其他	售后要求: 1.应有良好的售后服务体系，能够提供技术服务。售后服务包括技术咨询、安装调试、售后维护、定期巡检等。 2.设备技术服务要求：提供现场技术支持服务，7×24小时远程支持服务，可进行版本升级。 3.在遇到故障问题时立即响应解决，并提供服务保障，若线上沟通仍不能排除故障，需24小时内安排维修人员到达现场解决故障，并给予用户正确的使用指导。 4.质保期内零部件免费更换，质保期满后维修应只收成本费。保修期内发现产品有质量问题，采购方有权要求更换或退货。在质保期内因产品自身设计、制造缺陷造成的各种故障，供应商承诺进行免费技术服务、维修或更换。在质保期满后，供应商继续提供技术支持服务和系统软件升级换代。保修期外，供应商应为采购方提供终身有偿维修维护服务。以最优惠的价格提供易损件，并给予维修。零配件供应时间不得低于产品使用年限。 5.服务期内要求配有专业技术工程师，对设备售后问题及时沟通，服务直至解决问题。中标供应商免费上门安装、调试、操作人员培训，保证对设备熟练操作。自设备安装验收合格之日起，对设备提供终身维修服务，负责软件免费升级。如遇到工程师现场判断3天内仍不能解除的故障，需提供备用机替代，以确保正常工作。 6.本项目免费运行维护期：从设备整体验收通过之日起计算，要求提供三年质保。 7.本次项目中标金额包括一切相关费用，如安装费、调试费、接口费等（中标人负责提供技术对接服务）。 质量保修范围和保修期: 提供三年质保，招标文件对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标文件对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标文件中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。
----	--

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元 ）	分项预算 总价（元 ）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	经颅直流电与迷走神经刺激仪	台	1.00	617,000.00	617,000.00	否	工业	详见附表一
2		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	脑电生物反馈治疗仪	台	1.00	113,298.00	113,298.00	否	工业	详见附表二
3		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	（可视）脑电图仪	台	1.00	237,628.00	237,628.00	否	工业	详见附表三
4		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	便携式睡眠呼吸监测仪	台	1.00	108,805.00	108,805.00	否	工业	详见附表四

5		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	脑波体感音乐放松系统	套	1.00	84,013.00	84,013.00	否	工业	详见附表五
6		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	中频脉冲治疗仪	台	1.00	30,193.00	30,193.00	否	工业	详见附表六
7		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	微波治疗仪	台	1.00	53,912.00	53,912.00	否	工业	详见附表七
8		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	移动多导睡眠检测系统	套	1.00	394,978.00	394,978.00	否	工业	详见附表八
9		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	心身睡眠治疗系统	套	1.00	294,166.00	294,166.00	否	工业	详见附表九
10		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	人体成分分析仪	台	1.00	118,859.00	118,859.00	否	工业	详见附表一十
11		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	全自动蜡疗系统	套	1.00	138,310.00	138,310.00	否	工业	详见附表一十一
12		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	脑电波同步治疗仪	台	1.00	188,000.00	188,000.00	否	工业	详见附表一十二
13		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	呼吸机（无创加压）	台	1.00	150,200.00	150,200.00	否	工业	详见附表一十三
14		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	团体生物反馈仪	台	1.00	238,191.00	238,191.00	否	工业	详见附表一十四
15		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	光照治疗系统	套	1.00	409,333.00	409,333.00	否	工业	详见附表一十五
16		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	多功能失眠治疗仪	台	1.00	388,768.00	388,768.00	否	工业	详见附表一十六
17		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	音乐治疗仪	台	1.00	68,497.00	68,497.00	否	工业	详见附表一十七

18		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	磁振热治疗仪	台	1.00	50,254.00	50,254.00	否	工业	详见附表一十八
19		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	智能减压放松系统(反馈推眠仪)	台	1.00	76,632.00	76,632.00	否	工业	详见附表一十九
20		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	艾灸排风系统	套	1.00	48,963.00	48,963.00	否	工业	详见附表二十

附表一：经颅直流电与迷走神经刺激仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	经颅直流电与迷走神经刺激仪 1.输出电流：tDCS模式：0～2mA(±10%)，连续可调； 输出幅度：tDCS模式：0～1V，允差±30%，连续可调； 2.主机4通道，可同时进行不同模式输出； 3. 脉冲宽度：可调范围100μs～1000μs； 4. 脉冲频率：可调范围5Hz～100Hz； 5. 最大输出电压：37V，允差±10%； 6. 工作时间：0～40min，误差≤1min； 7. 管理软件： 支持多种刺激模式包括：tDCS模式、Burst模式、Tonic模式等； 8. 可进行刺激参数的选择设置，设置刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间等； 9. 刺激过程中可实时调节电流输出强度； 10. 全中文操作系统； 11. 报告输出方式：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板； 12. 可显示每条通道运行状态，显示刺激模式、输出强度、治疗时间和治疗时间倒计时、运行状态等功能； 13. 支持伪刺激和预刺激模式； 14. 移动端：提供4台移动终端刺激器，并支持后期拓展增配； 15. 电极：1种； 16. 主机设备分体式设计； 17. 主机输出通道4，输出导线长度≥1米； 18. 设备要求：处理器i5及以上；内存≥8G；硬盘≥512G；win10及以上系统；显示器≥23英寸。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：脑电生物反馈治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		脑电生物反馈治疗仪 1. 通道生物反馈仪（主机）； 1.1 采样精度 ADC 模数转换率 $\geq 16\text{Bits}$； 1.2 馈参数：脑电，皮电，皮温等； 1.3 脑电(EEG): 噪声电平：$\leq 1\mu\text{V}$；共模抑制比：$\geq 100\text{dB}$，电压测量误差$\leq \pm 10\%$。时间间隔：误差$\leq \pm 3\%$，高通截止频率：1Hz，截止频点处的信号至少衰减 3.2dB 耐极化电压：加$\pm 300\text{mV}$ 的直流极化电压，偏差为$\pm 2\%$。低通滤波器，根据输入信号频率，产品可以设置低通滤波截至频率 90HZ，截至频点处的信号至少衰减 10dB,产品有 50HZ 陷波滤波器，衰减后幅值应$\leq 3\mu\text{V}$,输入阻抗$\geq 5\text{M}\Omega$； 1.4 温度：信号输入范围:$15^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$，精度：$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$，信号输入范围:$25^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$，精度：$\pm 0.01^{\circ}\text{C} \sim 0.08^{\circ}\text{C}$，信号输入 40$^{\circ}\text{C}$ 精度：-0.2°C； 1.5 皮电传 GSR/SC:范 围：1-40 μ,灵敏度：$\leq 0.1 \mu$； 2. 数码多功能传感器； 2.1 动态屏蔽，碳性抗干扰； 2.2 脑电 EEG 传感器； 2.3 皮电 SC/皮温TEMP多功能传感器； 2.4 皮电SC手指探头； 2.5 配备10套多功能传感器, 实现同时治疗 10 人。 3. 生物反馈操作软件≥ 80通道多功能整合包含： 3.1运用国际通行标准,配备英文版，中文版； 3.2 ≥ 80 通道生物反馈采集，分析软件界面编辑软件、通道编辑软件、训练方案编辑软件、数据统计打印输出软件； 3.3脑电伪迹处理软件； 3.4 通道协调性检测软件； 3.5 心理应激反应反馈软件； 3.6 心理学应用软件：含焦虑，抑郁，失眠等治疗系统； 3.7 心理训练多媒体反馈软件：支持DVD、CD、MP3、WAV、WMA、MID 反馈视频捕获和播放，高清摄像视频反馈。 4. 软件功能 4.1 f基线测试：实时显示脑电、皮温等数据自动生成测试数据报告，内置通用参考常模； 4.2 视频连续播放生物反馈软件； 4.3 脑电参数可进行单独反馈，以达到通过不同病症的脑电图的改变而采取不同治疗方案的点对点的直接治疗及训练； 4.4 可调节脑电反馈的频段； 4.5 治疗模式：要求包括意象式音乐治疗等； 4.6 治疗模式：要求采用游戏化治疗等治疗模式； 4.7数据库管理方便，可增加、删除和修改病历，可做相互比较分析。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三：（可视）脑电图仪 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		(可视)脑电图仪 1.电压测量：误差$\leq \pm 10\%$,输入电流：0.01nA,内定标电压：50μV； 2.时间间隔：1s，误差$\leq \pm 5\%$； 3.时间常数：0.1s，误差$\leq \pm 40\%$ 4.幅频特性1Hz-60Hz,偏差$\leq -10\% \sim 5\%$； 5.功率谱频率：$\leq \pm 5\%$，基线漂移：≤ 1mm； 6.功率谱幅度：误差$\leq \pm 10\%$； 7.噪声电平$\leq 5\mu$V； 8.共模抑制比：≥ 80dB，50Hz干扰抑制比：≥ 24dB； 9.耐极化电压：加± 300mV的直流极化电压，偏差$\leq \pm 5\%$； 10.输入阻抗：≥ 1MΩ； 11.显示比例(增益)：5μV/5mm$\sim 1000\mu$V/5mm； 12.导联切换：单、双、自由导联； 13.校准方式：方波； 14.绝缘方式：双重绝缘； 15.采集速度：≥ 1000点/秒。
说明	1	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：便携式睡眠呼吸监测仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		便携式睡眠呼吸监测仪 硬件系统 1.1通道数:9通道; 1.2监测信号: 心电(2导)、体位、口鼻气流压力式监测、血氧饱和度、脉率、脉搏波、胸腹呼吸运动(2导); 1.3共模抑制比 $\geq 120\text{dB}$, 输入阻抗$\geq 10\text{M}\Omega$, 采样频率血氧200Hz, 心率250Hz, 呼吸50Hz, 存储率$\geq 250\text{Hz}$; 1.4分析软件应集成数据共享和分级诊疗平台; 1.5整机便携式设计, 主机可佩戴于患者身上使用; 内置无线传输设备, 自带存储, 数据存储监测; 1.6腕表采用锂电池, 可连续工作≥ 10小时; 1.7主机、采集端采用模块化插拔设计; 1.8既可用于传统的睡眠监测室进行床旁监测, 也可用于移动式居家监测; 2 数据分析软件系统 2.1图形化数据采集协议; 2.2可依托智能APP或者微信小程序通过蓝牙与手机或者平板相连接实现信号的无线传输; 2.3连接导联时可通过主机显示屏实时显示血氧, 脉率, 心电波形等显示; 2.4智能APP和小程序具有安装指导; 2.5用户可自定义选择病人信息, 床位号; 2.6睡眠软件可实现睡眠呼吸监测, 常规多导睡眠监测、睡眠科研等多层次应用; 2.7软件具有中英文操作界面, 可生成中英文分析报告; 2.8同时具备AHI和睡眠分期, 睡眠结构, 呼吸事件等功能; 2.9可对不同信号进行同步处理; 2.10配有高性能电极和呼吸动度传感器, 血氧200Hz, 心率250Hz, 呼吸50Hz采样率腹传感器采用全相位呼吸运动感应器, 能准确监测胸腹运动的细小变化; 2.11专业多导睡眠采集分析软件包括: 睡眠分期、呼吸事件、心律失常、心率变异性、氧减事件、睡眠结构、体位、夜间血压趋势等; 2.12 ECG专业心电分析功能呼吸暂停和低通气发生时的心率失常事件统计和正常R-R间期趋势图、心率变异性分析等, 心率失常, 房颤识别; 2.13可自由定义患者报告, 包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等; 2.14配套软件基于 Windows 平台, 具备 PDF可自由定义患者报告, 不同事件分析、趋势图组合等。
说明	1	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表五: 脑波体感音乐放松系统 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		脑波体感音乐放松系统 1.适应操作系统: 支持32、64位操作系统, 支持Win7以上系统; 2.预置放松方案: 包括缓解抑郁、焦虑、疲劳, 改善睡眠等40种以上放松方案; 3.自主管理方案功能: 可根据需要设置、添加音乐文件和放松方案; 4.连接功能: 支持客户端连接; 5.断开连接功能: 支持手动断开无效客户端连接; 6.结合暗示放松功能: 有暗示放松的引导语可进行暗示引导, 与音乐方案结合;

- 7.结合松弛放松功能;
- 8.放松效果评估功能: 可通过生理指标、心情指数、心理学量表全方位评估放松效果;
- 9.放松报告功能: 放松结束后自动生成报告;
- 10.心率生物反馈功能: 可实时采集心率数据, 输出心率波形图、心率计数曲线, 动态显示放松对象的情绪变化;
- 11.脑电生物反馈功能: 可实时采集 δ 、 θ 、 α 、 β 、 γ 脑电波信号, 输出脑电波, 并根据脑电波分析“放松度”和“注意力”数据, 动态显示放松对象的心理状态;
- 12.心率变异性分析功能;
- 13.智能分配方案功能;
- 14.组合生物反馈功能;
- 15.2D场景反馈功能;
- 16.配备脑电传感器。
- 17.采用单导干电极, 实时采集电波信号;
- 18.蓝牙传输模式, 集成神经信号的滤波和放大功能;
- 19.输出原始脑电波波形数据, 数据输出频率为128Hz或512Hz;
- 20.输出量化的“专注度”和“放松度”脑波数据;
- 21.生理信号采集器具备USB接口及Micro USB接口, 可充电;
- 22.生理信号采集设备可通过耳部或手指部位采集信号;
- 23.生理信号采集设备可采集分析被试对象身体疲劳度指数, 并给出相关指标;
- 24.生理信号采集设备可采集分析被试对象神经活性, 并给出相关指标;
- 25.生理信号采集设备可采集分析被试对象身体机能活性度, 并给出相关指标;
- 26.生理信号采集设备可通过开放式WiFi或热点WiFi进行绑定;
- 27.生理信号采集设备拥有无线记忆功能, 绑定不同无线Wi-Fi、手机后, 可自动记忆及连接;
- 28.生理信号采集设备同时支持无线通信及传统有线(USB)通信模式。
- 29.生理信号采集设备生理信号采集设备具备智能呼吸灯, 长按呼吸灯几秒或直接拔掉采集器, 均可实现关机;
- 30.生理信号采集设备智能呼吸灯开启后, 灯光在微芯片的控制之下, 模拟呼吸节奏, 完成呼吸引导;
- 31.生理信号采集设备采用节能智能设计, 支持半小时静默(无使用)关机保护机制。
- 32.生理信号采集设备具备专用充电管理芯片, 搭载1200mA锂电池, 可连续使用>3小时;
- 33.生理信号采集设备可采集分析被试对象注意力指数, 并给出相关指标。
- 34.生理信号采集设备可采集与输出高精度信号, 可呈现的主要特征信息点: 主波、重搏波。
- 35.生理信号采集设备采样精度 ≥ 500 次/秒 分辨率24bit。
- 36.减压太空舱额定电压AC 220V 50Hz, 额定功率 ≤ 350 w
- 37.外形尺寸: $\geq 150\text{cm} \times 90\text{cm} \times 120\text{cm}$ (收起), $200\text{cm} \times 90\text{cm} \times 100\text{cm}$ (打开)
- 38.全电动多重姿势倾躺“零重力”体位放松, 105~170度零重力自由调整。
- 39.0~90度开闭飞航式抗干扰头罩, 流线型ABS材质, 舱内采用吸音材料;
40. α 脑波诱导灯, 与 α 波频率闪烁, 达到诱发脑波效果; 磨砂材料处理成柔和光线。
- 41.内置减压放松、冥想休闲、安神催眠等音乐, 可直接减压放松, 也可连接电脑使用软件放松。
- 42.可与电脑蓝牙连接, 内置高保真音箱;
43. ≥ 8 个充气气囊;

		44.揉捏、敲打、拍打、指压多种按摩方式； 45.足部经络按摩装置，滚轮刺激足底舒经通路； 46.底部带滚动轮； 47.数据共享：系统数据可与数据平台对接，数据平台可呈现系统数据工作状态。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：中频脉冲治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		中频脉冲治疗仪 1.显示方式：：≥9.7吋触摸屏； 2.输出通道：≥四路中频输出+≥四路离子导入输出+≥两组干扰电输出； 3.处方：≥100个固定处方； 4.治疗时间：多档可调，允差±1min； 5.中频性能 工作频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10%； 载波波形：双向方波； 载波脉冲宽度：50μs～500μs，允差±10%； 5.4调制频率：0～150Hz,≤150Hz； 5.5 调制波形：扇形波、梯形波、正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、脉冲波和等幅波； 调制方式：变频交替调制； 调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%； 6. 干扰电性能 工作频率：4kHz，允差±10%； 6.2调制频率：0.125Hz，允差±10%； 差频频率范围：0～112Hz； 调幅度：0%、100%，允差±5%； 差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%； 7.输出幅度：分0～99级可调，在500Ω的负载下,最大50V，允差±10%； 8.输出电流：在500Ω的负载下,频率<1500Hz,每路输出电流有效值≤80mA，频率>1500Hz,, 每路输出电流有效值≤100mA； 9.电极片温度：40℃～55℃，分3档可调。 10.离子导入 10.1输出波形：经过整流的中频输出波形。 10.2输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流<100mA，分0～99级可调。 11.连续工作时间应≥4h。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表七：微波治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		微波治疗仪 1.电源电压：AC220V±22V,50Hz±1Hz; 2.工作环境温度：5℃～40℃，相对湿度<80%; 3.连续工作时间大于24小时; 4.微波频率：2450±50MHZ; 5.微波输出功率：手术1～99W 时间1～50秒 理疗1～60W 时间1～30分钟 6.驻波系数≤2.8; 7.外壳泄露：低于10mw/m²; 8.无用辐射：低于10mw/m²; 9.整机功耗：≤700VA; 10.输出的定时功能，可预先设定，采用数字显示; 11.微波辐射器：由理疗辐射器和治疗辐射器组成; 12.控制开关：采用手动和脚踏两种; 13.显示方式：LED数码显示，功率自检系统; 14.自动保护装置：有过载保护系统。
说明	1	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表八：移动多导睡眠检测系统 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		移动多导睡眠监测系统 1. 可监测生理指标，脑电、眼电、肌电（下颌）、下肢肌电、心电、口鼻气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、鼾声、体动、体位。 2. 设备导联数≥40，包括脑电（10导）、眼动电（2导）、下颌肌电（3导）、心电（2导）、下肢肌电活动（4导）、呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、PTT、心率变异、五体位、12D双模块体动、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、双色工作指示灯、实时阻抗、电池电量、血氧阈值报警、压力滴定、双模组蓝牙通道、无线外接扩展通道参数； 3. EEG\EOG\EMG\ECG共模抑制比≥ 110 dB，输入阻抗≥10 MΩ，内部噪音≤1.5μVp-p，信号精度误差≤2%，设备具有≥24位高采样精度，采样频率即存储频率≥500Hz； 4. 设备小巧轻便，主机≤65mm × 50 mm ×20 mm，重量≤85g，监测过程中患者可在睡眠监测室活动； 5. 设备主机具备≥2.0吋全彩液晶内屏，具备Type-C四合一接口，通过同一接口可以同时进行数据通讯传输与充电功能； 6. 设备主机可以显示记录状态； 7. 设备采用锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24小时，可重复使用； 8. 主机内置蓝牙模块； 9. 设备可任意连接无创呼吸机做压力滴定监测，软件回收数据后自动出具压力滴定报告； 10. 设备可连续记录患者数据； 11、具有实时阻抗检测功能； 12、患者报告可导出为WORD、EXCEL、PDF格式； 15、软件具有一键导出不同病例患者的各项监测生理指标； 16、软件可自动翻页和滚动，时间可调； 17、设备具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表九：心身睡眠治疗系统 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	心身睡眠治疗系统 1.音波振动床平台：1张（约2180×宽1180高410～450mm）； 2.主机：1套（包含：台车1部，配套电脑1套，高保真耳机1副，高弹力乳胶枕头，换能器≥6个,环绕立体音响一套，电源转换及音频转换线1套）； 3.多感音乐治疗（VAT）音乐处方1套：音乐处方（深度睡眠、生命活力、舒缓减压、静心养生、自闭多动症、胎教音乐、失眠焦虑、心灵瑜伽等）； 4.频率范围：20～150Hz； 5.输出功率：20W； 6.振动输出：负载4Ω时≥18W； 7.音响输出：负载8Ω时≥0.5W； 8.模式：标准模式及睡眠模式可自由切换，传输方式，蓝牙传输、射频控制开启关闭，音乐可添加及删除。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十：人体成分分析仪 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	人体成分分析仪 1.测试原理：直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法）； 2.测量频率:5KHz， 50KHz, 250KHz,500 KHz； 3.测量部位， 5节段分段测量（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）； 4.电极方法： 8点接触式电极； 5.测量项目： 总水分、细胞内液、细胞外液、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、腰臀比、去脂体重、骨骼肌、身体质指数、体脂肪率、内脏脂肪、节段肌肉量分析、体重调整、体型调整、营养评估、肌肉评估、健康评分； 6.测量年龄范围： 3～99岁； 7.测量体重范围： 10～200Kg； 8.输入测量身高范围： 50～200厘米； 9.单机数据存储： 10000条，并具有查询功能； 10.操作语言： 中文； 11.操作系统： android； 12.电阻： 100～7000Ω； 13.额定电流： 500μA； 14.输入电源： AC220V， 50Hz； 15.显示屏： 彩色液晶触摸屏，10.1吋（≥1280*800）； 16.输入界面： 全触控操作界面； 17.测量全程提供语音提示； 18.外部接口： RS-232C（9针）串口 USB接口 网口； 19.打印机： 内置热敏打印机，（外置无线打印机）； 20.打印报告： 专用打印报纸； 21.身高测量:支持选配； 22.身份证识别： 支持选配； 23.仪器尺寸： ≤662(L)×410(W)×968(H) : mm； 24.仪器重量： ≤15Kg； 25.测试时间： ≤20秒； 26.操作环境： 温度： 10-40℃，相对湿度： ≤80％RH，大气压力： 500-1060hpa； 27.保存环境： 温度： 0-40℃，相对湿度≤80％RH，大气压力： 500-1060hpa。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：全自动蜡疗系统 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		全自动蜡疗系统 设备组成：融蜡箱、全自动放蜡系统、蜡饼制作箱、照明系统、语音控制系统五部分组成； 2、全自动/半自动模式：全自动模式可实现全自动开关机、融蜡、洗蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工蜡管接蜡或舀蜡；半自动模式可实现蜡饼制作箱具备急融和急冷功能，可在蜡饼箱完成制饼，全自动和半自动模式可随意切换； 3、显示：≥7吋PLC屏显示； 4、自动人工语音报读/报警功能； 5、电源:AC 220V±10%，50Hz； 6、功率：融蜡箱≤1800W、蜡饼制作箱≤1800W； 7、容积：融蜡箱≥70升、蜡饼制作箱≥190升； 8、温控范围：40～99℃ 、温控精度：±0.1℃； 9、智能控制功能：可24小时循环控制设置； 10、蜡饼数量：可同时制作蜡饼数≥16盘，每个蜡盘均有单独的出蜡系统，蜡饼制作数量1-16任意可选，蜡饼厚度可调； 11、智能记忆功能：时间、温度、工作参数等设置一次完成； 12、蜡饼均匀度：蜡饼箱特殊风道循环冷却系统设计和智能进风系统保证冷暖空气均匀进入，确保蜡饼箱满载时各点温度差不超过±0.1℃； 13、一键功能； 14、消毒方式：紫外线及高温消毒； 15、搅拌功能：具备持续搅拌和间歇搅拌功能； 16、快速冷却功能； 17、石蜡清洗功能； 18、融蜡方式：蜡水分离技术、有水化蜡技术（也可无水化蜡），高效节能型合金薄膜加热材料制作而成； 19、安全要求：具有紧急停止、防干烧、短路保护、防高温、防过热、接地保护等6重安全防护功能； 20、具有钢化透明蜡盘观察窗与及LED内部照明系统； 21、蜡盘尺寸：约437mm*378*22mm（16盘）外形尺寸：约675mm*740mm*1534； 22、后期升级功能(可选配)：可通过智能手机实时进行设备的操作，手机上全屏显示设备参数。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十二：脑电波同步治疗仪 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		脑电波同步治疗仪 1.模拟脑电波声和光刺激输出； 2. 声波调制频率范围：模拟四种脑电波； 3. 音频及混响输出：路数8路，信号功率$\leq 8\text{ mw}$，频响100Hz-5kHz，不劣于-6dB； 4. 治疗电脉冲输出：8对可调输出；频率$1.2\text{Hz}\pm 5\%$，脉宽$1\text{ms}\pm 5\%$，幅值$0-130\pm 10$，分16级可调； 5. 声、光、电治疗可主机直接8路输出，也可通过扩展器输出8路，扩展器线缆长度可按用户的使用环境要求定制； 6. 三种疗法协同：声光牵引脑波同步疗法、音乐疗法、电刺激（经皮电刺激TENS、经头颅电刺激CES）疗法； 7. 在一体机实现声、光、电8路输出，实施8人团体治疗的基础上，可通过增加移动治疗终端，实现9-N的治疗方案；
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表一十三：呼吸机（无创加压） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		呼吸机（无创加压） 1.通气模式： 1.1自主呼吸/时间控制模式（S/T模式） 1.2时间控制模式（T模式） 1.3自主呼吸模式（S模式） 1.4持续正压通气模式（CPAP模式） 1.5压力自动滴定功能（AUTO） 1.6平均容量保证压力支持功能（AVAPS） 2.调节参数： 2.1AVPAS：开/关 2.2潮气量：150 mL ~ 1500 mL 2.3呼吸频率：3 bpm ~ 40 bpm 2.4吸气时间：0.3 s ~ 3.0 s 2.5吸气压力（IPAP）：4 cmH₂O ~ 25 cmH₂O 2.6最大吸气压（IPAP_{MAX}）：4 cmH₂O ~ 25 cmH₂O 2.7最小吸气压（IPAP_{MIN}）：4 cmH₂O ~ 24.5 cmH₂O 2.8呼气压力（EPAP）：4 cmH₂O ~ 20 cmH₂O 2.9持续气道正压（CPAP）：4 cmH₂O ~ 20 cmH₂O 2.10压力延时上升时间：0 min ~ 60 min 2.11压力上升时间：自动调节、0.1 s ~ 0.6 s 2.12吸气灵敏度：自动调节、1 ~ 3 2.13呼气灵敏度：自动调节、1 ~ 3 2.14舒适度：关、1 ~ 3 2.15自动功能：关/开 2.16湿化器：0 ~ 5档
	1	

		3.监测参数 3.1频率（Freq）：0 bpm ～ 80 bpm 3.2潮气量（VT）：0 mL ～ 2000 mL 3.3分钟通气量（MV）：0 L/min ～ 40 L/min 3.4吸气时间（Time）：0.0 s ～ 3.0 s 3.5呼吸压力：0 cmH₂O ～ 40 cmH₂O 3.6氧气浓度：15 % ～ 100 % 3.7漏气量监测漏气量监测范围：0 ～100 L/min 4.波形显示： 4.1气道压力—时间波形图 4.2流量—时间波形图 5.报警保护 5.1窒息报警 5.2管道脱落报警 5.3低通气量报警 5.4高呼吸频率报警 5.5低呼吸频率报警 5.6气道高压报警 5.7气道低压报警 5.8低潮气量报警 5.9设备高温报警 5.10备电欠压报警 5.11备电工作报警氧气供气压力过高报警 5.12水位监测
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十四：团体生物反馈仪 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

团体生物反馈仪

设备基本功能要求

- 1、适用于焦虑神经精神疾病的生物反馈治疗。
- 2、提升设备临床的使用率，适用更广泛的治疗群体，无临床禁忌症。
- 3、无线网络平台。
- 4、 ≥ 10 物理通道一体化信号处理器，同时同步采集EEG、HRV及肌电EMG信号，实时反应心理与身体的压力与放松情况，亦可进行生物反馈训练。
- 5、可对患者生理信号（脑电波、表面肌电或者心率变异性等）进行团体测试。
- 6、无线型披戴式传感器具备心理状态信号显示功能，显示实时直观的反馈每一个使用者的即时的心理状态，避免误诊。
- 7、人脸识别功能：当患者在本机镜头前可自动进入人脸识别界面，获取患者信息并与信号采集器进行配对训练。
- 8、信号采集器充电方式采用无线充电。
- 9、主机采用NFC技术读取无线信号接收器，并与人脸识别采取的患者信息相匹配。
- 10、配置要求 ≥ 10 人。

技术参数要求

AD采样位数： ≥ 14 Bit，AD采样率：128~256Hz

肌电sEMG测量范围：1 ~100 μ v（R.M.S.），分辨率： $\leq 0.2\mu$ v（R.M.S.），输入噪声： $< 1\mu$ v（R.M.S.）

1 sEMG通频带：25 ~450Hz，sEMG差模输入阻抗： $> 5 M\Omega$ ，sEMG共模抑制比： > 100 dB

sEMG阻抗测试：有

BVP测量范围：0~100%

脑电输入范围：1~5000 μ V（峰峰值），分辨率：0.5 μ V，脑电频率范围：0.5~ 60Hz（陷波器除外），采样率：2KHz

无线数据传输性能要求：信号采集器和无线接收器相距10米时，无线传输丢包率小于5%。

无线模块参数：工作电压+3.3V,工作电流 ≤ 20 mA，可多次单独充放电使用。

9、基线测试，多人，时间五分钟，自动生成测试数据报告，内置通用参考常模，并可选用标准压力评估和特定压力评估。

10、团体放松训练：呼吸放松、肌肉放松、冥想放松。

11、团体训练模式：团体协作式训练方案，使参加团体训练的所有成员，可以保证同一时间互动。

12、血容量脉搏信号（BVP）经处理后可获得SDNN、RMSSD、PNN50、TP、VLF、LF、HF等时域、频域及非线性等心率变异性指标。

13、报告模式：由评估报告、训练报告和趋势报告构成。包含放松指数、肌电指数以及时域、频域和非线性的等心率变异性指标。

14、开放的多媒体库。

三、产品组成及服务

1、团体版推车，具备储运、无线充电、人脸识别、NFC通讯、临时存放、工作平台、灵活移动等功能。

2、产品组成： ≥ 10 个信号采集器。

3、软件免费升级。

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：光照治疗系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	光照治疗系统 1、仿自然光光源，光谱为光源辐射功率分布曲线与同色温的自然光谱的近似度达到95%±5%的光谱； 2、照度≥10000Lux且不刺眼； 3、光源安全性：380～430nm紫光波段光谱图相对强度值低于0.1，蓝光430～450nm波段光谱图相对强度值低于0.7； 4、促觉醒模式：480～500nm波段光谱图相对能量值高于0.8；650～700nm波段光谱图相对能量值高于0.7，保护视网膜； 5、助眠模式：480～500nm波段光谱图相对能量值≤0.35，610～700nm波段光谱图相对能量值≥0.8； 6、光源动态调节； 7、含生物节律调节系统，可无线控制多个光源，每个光源可独立设置不同参数； 8、色温：2700～5000K可调； 9、照度：1～10000Lx可调； 10、治疗时间：1～1000min可调； 11、系统可录入患者档案，可调取查看接受治疗时间及参数； 12、系统可设置治疗参数方案，并可保存预存方案； 13、系统可预存常见医嘱信息，新档案可调取预存信息快速建档； 14、单人舒适舱体设计，保障治疗时的私密性和舒适度，舱体采用零重力设计； 15、具有睡眠卫生教育、睡眠日记讲解、服用药品的相关事宜讲解、放松训练、睡眠训练； 16、具有放松助眠视觉场景≥150个； 17、具有体感正念，课程≥40； 18、数据采集器：可采集血氧、心电、心率、体温、睡眠记录、运动量等数据； 19、数据采集采样率： (1)心率：1s/次，RRI: 100Hz； (2)血氧：1min/次； (3)心电：800Hz； (4)睡眠：记录全天睡眠情况 (5)体温：1小时自动监测一次 20、手环具有呼吸训练功能； 21、SOS预警：按键双击预警；
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表一十六：多功能失眠治疗仪 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		多功能失眠治疗仪 1、语音诱导：提供语音诱导治疗处方，治疗前有3～5min分钟语音诱导训练； 2、体感振动：6个振动体，分别对应背部、腰部和小腿，频率40Hz-120Hz，误差±2Hz； 3、睡眠治疗系统配置≥20个睡眠测评量表，包括SAS、SDS、PSQI、ESS等量表； 4、睡眠治疗仪扬声器输出催眠音乐声压值应<55dB(A计权)范围内； 5、磁脉冲输出模式有4种模式自选，4种模式自选，模式I、II匹配轻度失眠患者，模式III匹配中度失眠患者，模式IV匹配重度失眠患者； 6、磁诱导强度大小0～10级可调，最大磁脉冲输出电磁场强度：30GS～60GS； 7、脉冲的技术条件： 正脉冲宽度：最小值500μs,最大值700μs,占空比0.4%～0.56%,误差±5%； 负脉冲宽度：最小值200μs,最大值400μs,占空比0.16%～0.32%,误差±5% 脉冲间隙宽度最小值20ms,最大值40ms;误差±5%。 脉冲周期：125ms,误差±5%； 8、磁脉冲输出输出频率分别为8Hz,6Hz,4Hz,3Hz,2Hz,1Hz;输出频率精度为±0.2Hz； 9、支持与经颅磁刺激仪联动，同时治疗同一患者； 10、仪器刺激模式可切换：可以单独选择磁诱导、音乐诱导或双重诱导； 11、仪器音乐播放的音源可切换，音量0～20级可调； 12、具备患者信息管理功能，显示当前患者信息及新增患者信息，包含新增、修改、删除、分页查询，以及对患者病历记录的查看、新增、修改、删除； 13、具备音乐管理和处方管理功能，包含新增、修改、删除、分页查询、视试听音乐，以及新增、修改、删除、分页查询、配置处方； 14、具备治疗指令、治疗、治疗报告管理功能，包含新增、修改、删除、分页查询，以及对指令治疗记录和治疗报告的查看； 15、硬件配置 CPU ≥2核心2线程 内存 ≥4GB 网卡 ≥1000Mbps 硬盘 ≥120GB 显示器1920*1080 18、软件配置 操作系统 Windows 10及其以上； 19、脑磁诱导：磁场频率模拟清醒松弛状态时的脑电节律逐步到慢波睡眠脑电节律过度，诱导睡眠，诱导频率为8Hz～1Hz的脉冲渐变序列； 20、检测功能：内涵专业睡眠质量、心理状态评估量表3套及以上，可作为简易版心理测评为患者鉴别与评估患者失眠情况； 21、治疗方式：非接触式治疗，无痛；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十七：音乐治疗仪 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		音乐治疗仪 1. 音乐治疗系统软件 1.1配套音乐:包括五行能量音乐系、芳香疗法心灵音乐、音乐舒压疗愈系、集中力强化记忆力强化、意志力强化、行动力强化、自信强化等音乐分类，≥400多首音乐； 1.2可以同时控制≥六张床的使用。 2. 床垫 2.1床垫尺寸:约L1900xW900xH100mm； 2.2材质:棕榈床垫。 3. 音乐振子 3.1振子数量：≥7个； 3.2响应频率16Hz～200Hz； 3.3频率特性:低频； 3.4额定阻抗：8Ω； 3.5有效功率：10W。 4. 喇叭 4.1喇叭数量:4个； 4.2、有效功率:5W。 5.体感音波处理器 5.1电源:AC220V； 5.2频率:50Hz～60Hz； 5.3最大电流:2A； 5.4功率:120W； 5.5控制器解码方式:USB/AUX/蓝牙； 5.6两路通讯； 5.7响频范围:16Hz-20000Hz(-5\+5db)； 5.8无线发射处理器模块(遥控器)最大工作距离:直线无障碍物≥15米。
说明	1	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表一十八：磁振热治疗仪 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		磁振热治疗仪 1. 额定输入功率：150VA； 2. 磁场强度范围≤38mT； 3. 振动频率：50Hz，允差±1Hz， 振动幅度为2mm～5mm； 4. 具备6种治疗模式： 模式1：工作周期1.0s，允差±0.2s； 模式2：工作周期2.0s，允差±0.2s； 模式3：工作周期2.5s，允差±0.2s； 模式4：工作周期3.0s，允差±0.2s； 模式5：工作周期4.0s，允差±0.2s； 模式6：工作周期5.0s，允差±0.2s； 5. 开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃～55℃分四档可调，允差±3℃； 6. 治疗时间：1min～60min可调，步距为1min，允差±5%； 7. 将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合，由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行； 8. 单通道输出； 9. 采用数码管显示； 10. 标配一个标准温热导子，一个颈肩温热导子； 11. 治疗仪治疗完毕，并有峰鸣音提示； 12. 超温保护装置：治疗仪具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度≤60℃； 13. 磁场强度范围≤38mT。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表一十九：智能减压放松系统(反馈推眠仪) 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	智能减压放松系统（反馈催眠仪） 1、电动调节角度。 2、3D全身智能气囊按摩。 3、无线蓝牙音响系统：支持无线蓝牙和USB直连HIFI音乐播放系统，环绕立体声音响效果。 4、90度可移动头舱设计：配备90度旋转头舱，半闭合状态设计，遮光隔音效果佳。 5、氛围放松引导LED灯。 6、优质阻燃面料材质。 7、规格尺寸：功率约240W，尺寸约150*87*160cm(收起)180*87*85cm(展开)，重量120公斤左右。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表二十：艾灸排风系统 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		艾灸排风系统 1. 排烟主机：2200（m³/h）。 规格：电压 220V，功率0.55KW，转速1250转/分钟，噪音≤50dba，设有大小档位3调速功能。 2. 升降系统：电压220v，功率14w，承载重量10公斤；静音。 3. 合金轨道。 4. 遥控系统：电压 220v 功率 15w，有效远程遥控5米。 5. 专用烟罩。 6. 吸烟喉：环保材料一次注塑成型，内置调节阀可随意调节风量大小。 7. 软管配置：双层金属软管，专用耐高温双层复合金属铝箔制作一次成型。
说明	1	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（采购康复能力提升医疗设备项目）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中

小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（采购康复能力提升医疗设备项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即： 评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购康复能力提升医疗设备项目

主要商务条款	"审查竞标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
竞标文件规范性、符合性	"竞标文件的签署、盖章文件编辑等应符合招标文件要求；竞标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对竞标无实质性影响。
技术部分实质性内容	1.明确所竞标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.竞标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
联合体竞标	符合关于联合体竞标的相关规定
其他要求	采购文件要求的其他无效竞标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效竞标条款。
竞标报价	竞标报价（包括分项报价，竞标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，竞标报价不得缺项、漏项。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

采购康复能力提升医疗设备项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 60.0分 商务部分 10.0分 报价得分 30.0分	
	技术参数 (30.0分)	投标产品技术参数全部满足或优于招标文件中技术参数要求，最高得 30分 ，技术参数每有一项不满足或负偏离扣 1分 ，技术参数不满足或负偏离累计条数大于等于 30 条，得 0分 。

技术部分	售后服务 (5.0分)	根据投标人提供的售后服务方案，内容应包括但不限于：①售后服务体系；②售后服务承诺；③售后服务人员安排；④售后服务质量保证措施；⑤售后服务响应时间。以上五项内容均有体现且满足本项目售后服务要求及实际情况的得5分。售后服务有任意一项缺失扣1分，扣完为止。每一项描述在缺陷的扣0.5分。未提供不得分。（注：本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）
	服务方案 (10.0分)	根据投标人提供的服务方案，内容应包括但不限于：①整体实施方案；②设备部署；③维保工作流程；④管理措施；⑤服务标准。以上五项内容均有体现且满足本项目服务要求及实际情况的得10分；服务方案有任意一项缺失扣2分，扣完为止；每一项描述存在缺陷的扣1分。未提供不得分。（注：本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）
	安装、调试方案 (4.0分)	根据投标人提供的安装调试方案进行评分，安装调试方案包含但不限于：①设备安装调试计划；②安装调试人员安排；③安装调试规程及制度；④安装调试安全保障。以上四项内容均有体现且满足本项目安装、调试要求及实际情况的得4分；安装调试方案有任意一项缺失扣1分，扣完为止；每一项描述存在缺陷的扣0.5分。未提供不得分。（注：本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）
	运输、包装和应急方案 (3.0分)	据投标人提供的运输、包装和应急方案，内容应包括但不限于：①设备包装方案；②运输方案(包括设备运输人员、运输方式、运输车辆、运输时间等)；③应急预案。以上三项内容均有体现且满足本项目运输、包装和应急要求及实际情况的得3分；安装调试方案有任意一项缺失扣1分，扣完为止；每项描述存在缺陷的扣0.5分。未提供不得分。（注：本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）

	培训方案 (8.0分)	根据投标人提供的提供培训方案，内容应包括但不限于：①培训目标； ②培训内容； ③培训人员的配备； ④培训计划； 以上四项内容均有体现且满足本项目培训要求及实际情况的得8分; 培训方案有任意一项缺失扣2分，扣完为止; 每一项描述存在缺陷的扣1分。未提供不得分。（注:本项所称“缺陷”是指内容缺项不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形。）
商务部分	企业业绩 (10.0分)	供应商自2021年10月1日以来具有同类项目案例，每提供一个业绩得2分，最多10分，需提供合同和中标通知书（成交通知书）原件扫描件。以合同签订时间为准，原件扫描件需加盖中标单位（成交单位）公章。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。 规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标文件（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分,均不存在侵犯第三方知识产权的情形,其服务成果的所有权由甲方享有。否则,乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日,甲方有权解除合同,拒付延期部分的相应服务款项,并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求,或其服务成果存在侵权行为的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中,如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为,除承担相应的行政责任外,甲方有权解除合同,并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方,双方互不承担责任,并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成,可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份,采购单位、中标(成交)投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注： 采购人委托代理机构验收时适用）	☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)
投标文件

项目编号：

包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称)（盖章）

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

招标投标人在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。