

# 综合楼设备采购项目

## 公开招标文件

采购单位名称：和林格尔县人民医院

采购代理机构名称：内蒙古百证项目管理咨询有限公司

项目编号：**150123-NMGBZ-GK-20230003**

**2023年09月03日**

# 目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

内蒙古百证项目管理咨询有限公司受和林格尔县人民医院委托，采用公开招标方式组织采购综合楼设备采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：综合楼设备采购项目

项目编号：150123-NMGBZ-GK-20230003

采购计划备案号：和财购备字[2023]00361号

### 2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	激光手术系统、呼吸机等	5	详见招标文件	3,039,000.00
2	急诊科吊桥等	13	详见招标文件	1,094,550.00

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体响应，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,投标人应当具备特定行业法定准入要求）。

5.本项目的其他资质要求：

合同包1（激光手术系统、呼吸机等）：

1)投标人根据所投设备分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。本项目所招设备为国产设备，不接受进口产品投标。

合同包2（急诊科吊桥等）：

1)投标人根据所投设备分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。本项目所招设备为国产设备，不接受进口产品投标。

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古百证项目管理咨询有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区恒盛广场C座1108室

联系人：郭特

联系电话：15947415819

采购单位名称：和林格尔县人民医院

地址：呼和浩特市和林格尔县城关镇和盛路东

联系人：张桂英

联系电话：15849184885

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共2包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（激光手术系统、呼吸机等）：综合评分法 包2（急诊科吊桥等）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。
15	投标保证金	激光手术系统、呼吸机等：保证金人民币：0.00元整。急诊科吊桥等：保证金人民币：0.00元整。

16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（激光手术系统、呼吸机等）：总价 合同包2（急诊科吊桥等）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失

败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

## 2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## 3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

### 3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

## 4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

### 三.说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指和林格尔县人民医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古百证项目管理咨询有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## **6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：**

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

## **7.语言文字以及计量单位**

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## **8. 现场踏勘**

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## **9.其他条款**

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## **四.招标文件的澄清或者修改**

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## **五.投标文件**

### **1.投标文件的构成**

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### **2.投标报价**

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

### 5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1. 开标

#### 1.1 程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

## 1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

## 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

## 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

### 2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

## 资格审查表

激光手术系统、呼吸机等

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人根据所投设备分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。本项目所招设备为国产设备，不接受进口产品投标。	投标人根据所投设备分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。本项目所招设备为国产设备，不接受进口产品投标。
无	无

急诊科吊桥等

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
投标人根据所投设备分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的 还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。本项目所招设备为国产设备，不接受进口产品投标。	投标人根据所投设备分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的 还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。本项目所招设备为国产设备，不接受进口产品投标。
无	无

### 3.评标

详见第五章

## 4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

## 5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七.询问、质疑与投诉

### 1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

## 第三章 招标内容与技术要求

### 一. 项目概况

本项目分两包，第一包为：高端高流量无创呼吸湿化治疗仪5台、高流量无创呼吸湿化治疗仪6台、呼吸机2台、急救转运呼吸机1台、激光手术系统1套；

第二包为：急诊科吊桥2台、声阻抗中耳功能分析仪1台、纯音听力计1台（带测听室）、输液椅20把、候诊椅50把、仪器车15辆、抢救车5辆、器械柜15个、药品柜12个、诊查床15个、手动双摇病床50个（床头柜、床垫）、方形器械台2个、数码显微镜1个

### 二.主要商务要求、技术要求

合同包1（激光手术系统、呼吸机等）

#### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后60个日历日内交货
标的提供的地点	和林格尔县人民医院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例40%，合同签订后支付 2期：支付比例50%，验收合格后支付 3期：支付比例10%，履约期满后支付
验收要求	1期：按合同约定要求
履约保证金	收取比例：10%，说明：合同中约定
其他	

#### 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属行 业	招标技 术要求
1		其他医疗设备	高端高流量无创呼吸湿化治疗仪	台	500	88,600.00	443,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2		其他医疗设备	高流量无创呼吸湿化治疗仪	台	600	61,000.00	366,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3		手术室设备及附件	呼吸机	台	200	330,000.00	660,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三
4		手术室设备及附件	急救转运呼吸机	台	100	270,000.00	270,000.00	否	其他未列明行业	详见附表四
5	△	医用光学仪器	激光手术系统	套	100	1,300,000.00	1,300,000.00	否	其他未列明行业	详见附表五

附表一：高端高流量无创呼吸湿化治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p><b>高端高流量无创呼吸湿化治疗仪（数量5）</b></p> <p><b>1、基本要求：</b></p> <p>#1.1同时具备无创通气模式、高流量氧疗模式；</p> <p>1.2主机及湿化器一体设计，分体式湿化器不可。</p> <p>1.3主机免消毒设计，湿化罐具有单向保护装置，防止气体回流，节省临床使用和维护时间。</p> <p>1.4湿化水罐具有自动注水功能，自动保证水盒内水位。</p> <p>1.5主机需采用安全气路设计，氧气在风机后混氧，减少氧气和电路接触，需提供气动系统原理图。</p> <p>1.6具备超声实时氧浓度监测系统，无氧电池消耗，氧浓度自动调节，范围：21%~100%；（手动调节外置氧流量阀控制不可用）调节步长：1%,氧浓度不受流量变化影响</p> <p><b>2、无创呼吸机技术要求：</b></p> <p>2.1通气模式至少包含：CPAP、S、S/T、T，且具有目标潮气量功能</p> <p>#2.2压力范围：4~40cmH2O</p> <p>2.3呼气压力范围：4~25 cmH2O</p> <p>2.4 CPAP压力范围：4~20 cmH2O</p> <p>2.5呼吸频率设置范围：3~55 次/分可调</p> <p>2.6潮气量设置范围：关，100 ~ 1900 mL</p> <p>2.7管路具有温度设置功能，设置范围：关，18℃ ~ 30℃</p> <p><b>3、高流量模式技术要求：</b></p> <p>3.1治疗模式：高流量模式、低流量模式</p> <p>3.2具有AutoFlow（自动流量模式），流量在设置的最大流量最小流量之间，随着呼吸努力度变化</p> <p>3.3具有SmartFlow（智能流量模式），流量随着探测到的呼吸变化，吸气时为吸气流量，呼气时是呼气流量，吸气流量呼气流量可设置</p> <p>3.4彩色液晶屏，实时显示参数：流量、温度、氧浓度、呼吸频率、鼻塞端压力（sPEEP）</p> <p>3.5流量设置范围：2~80Lmin</p> <p>3.6具有湿度补偿功能</p> <p>3.7温度控制范围：29℃~37℃，9档可调</p> <p>3.8趋势回顾功能，可回顾1天、3天以及7天的历史治疗波形图。包括温在流量、温度、氧浓度及呼吸频率</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：高流量无创呼吸湿化治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p><b>高流量无创呼吸机（数量6）</b></p> <p><b>1、基本要求：</b></p> <p>同时具备无创通气模式、高流量模式；主机及湿化器一体设计；主机免消毒；双涡轮电机。</p> <p><b>2、无创呼吸机技术要求：</b></p>

- 2.1通气模式: CPAP、S、S/T、T
- 2.2压力范围: 4~30cmH<sub>2</sub>O
- 2.3压力精度: ±0.5cmH<sub>2</sub>O
- 2.4呼吸触发灵敏设置范围: 1~8档
- 2.5最大吸气时间设置范围: 0.3~3 s 可调, 分档间隔 0.1 s
- 2.6最小吸气时间设置范围: 0.1~3 s 可调, 分档间隔 0.1 s
- 2.7呼吸频率设置范围: 3~60 次/分可调, 分档间隔 1 次/分
- 2.8潮气量设置范围: 关, 100 ~ 2000 mL
- 2.9自动启动、停机功能
- 2.10管路温度设置范围: 关, 18°C ~ 20°C
- 2.11目标氧浓度监测范围: 关, 21% ~ 100%
- 2.12实时显示: 压力、潮气量、分钟通气量、呼吸频率、漏气量、吸气时间
- 2.13管路内置螺旋加热丝, 带温度监控;

1

**3、高流量模式技术要求:**

- 3.1治疗模式: 高流量模式、低流量模式
- 3.2流量、温度、氧浓度一体化调节并显示
- 3.2彩色液晶屏, 实时显示参数: 流量、温度、氧浓度、呼吸频率、sPEEP、血氧、脉率
- #3.4流量设置范围: 2~80Lmin
- 3.5具备超声实时氧浓度监测系统, 无氧电池消耗, 氧浓度自动调节, 范围: 21%~100%; (手动调节外置氧流量阀控制不可用) 氧浓度不受流量变化影响
- 3.6湿度输出范围33~44mgH<sub>2</sub>O/L
- 3.7湿度补偿功能, 7 档可调
- 3.8温度控制范围: 29°C~37°C, 9档可调
- 3.9高流量模式下在80L/min下温度可达到37°C, 温度设置调节精度: 1°C
- 3.10具备热待机、自动停机功能
- 3.11趋势回顾功能, 可回顾1天、3天以及7天的历史治疗波形图。包括温在流量、温度、氧浓度、血氧及呼吸频率
- 3.12湿化水罐自动注水功能, 自动保证水盒内水位。
- 3.13具有以下各种报警功能指示: 供电故障、呼吸机失效、压力高、管路脱落、呼吸频率低、检查水量、氧浓度高、氧浓度低、无法达到目标温度、无法达到目标流量、面罩阻塞、漏气、压力低、分钟通气量低、电压低、呼吸频率高、湿化器失效、鼻塞堵塞、进气口堵塞、SD卡写满、更换滤棉、重插SD卡、请关闭氧气、管路损坏

**配置要求**

无创呼吸机一套、台车一套、一次性使用呼吸回路一套, 低压胶管一套

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三: 呼吸机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<b>呼吸机 (数量2)</b>
		<b>一、基本特征</b>
		1.适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机

- 2.采用≥15.6英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1920\*1080
- 3.自检功能，可分别检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，和流量传感器、压力传感器、氧传感器、呼气阀和安全阀等部件的测试
- 4.≥90分钟内置后备可充电锂电池（1块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。
- 5.气动电控呼吸机
- 6.配置一体化集成式备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作
- 7.#标配实时气源压力电子显示。
- 8.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。
- 9.具备截屏U盘导出功能（可缓存≥50张屏幕文件）。
- 10.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染。
- 11.呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染；
- 12.标配一体化模块插件箱，可兼容原装同品牌常用监护模块，便于将来呼吸机功能升级和扩展；
- 13.具备图形化显示功能，能实时动态图形化显示患者气道阻力、肺顺应性、自主呼吸和分钟通气量等肺部力学参数；

## 二、呼吸模式及功能

- 1.#标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式；
- 2.可选高级模式：压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；气道压力释放通气APRV、双水平气道正压通气模式DuoLevel；容量支持通气VS；智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等）；
- 3.可选无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV和PSV-S/T等模式。
- 4.氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能。经湿化器加湿加温后氧疗效果更佳。
- 5.先进的智能同步技术，自动调节吸气触发/呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节参数。
- 6.其他功能：叹息功能、手动呼吸、吸气保持、呼气保持、一体化雾化功能、智能增氧吸痰功能；
- 7.具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能；
- 8.可选脱机辅助工具，用户可定制脱机指征并设定报警范围，提供全面的脱机信息看板，一键启动SBT（自主呼吸实验），规范脱机流程；
- 9.具有NIF、RSBi及P0.1等脱机参数监测和测量；
- 10.可选肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可一键启动并能提供历史数据回顾；
- 11.低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值；
- 12.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（Tve/IBW）参数监测功能；
- 13.基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）；

## 三、设置参数

- 1.潮气量：20ml—3800ml
- 2.呼吸频率：1-100/min
- 3.吸气流速：6-180L/min

- 4.SIMV频率：1-60/min
- 5.吸/呼比：4:1—1:10
- 6.最大峰值流速：≥180L/min
- 7.吸气压力：1--100 cmH<sub>2</sub>O
- 8.压力支持：0—100cmH<sub>2</sub>O
- 9.PEEP：0~50 cmH<sub>2</sub>O
- 10.压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH<sub>2</sub>O，或 OFF
- 11.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF
- 12.呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%
- 13.氧浓度：21—100vol.%
- 14.叹息功能：有

#### 四、监测参数

- 1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压等参数监测；
- 2.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测；
- 3.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量；
- 4.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测
- 5.吸入氧浓度的监测
- 6.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测；
- 7.可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间
- 8.具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO<sub>2</sub>曲线
- 9.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策；
- 10.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策；
- 11.实时提供监测参数≥90小时的趋势图、表分析，≥4500条报警和操作日志记录。

#### 五、报警参数

- 1.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示
- 2.分级报警和声光报警
- 3.气道压力：过高/过低报警
- 4.分钟通气量：过高/过低报警
- 5.潮气量：过高/过低报警
- 6.总呼吸频率：过高/过低报警
- 7.吸入氧浓度：过高/过低报警
- 8.EtCO<sub>2</sub>：过高/过低报警
- 9.窒息报警，时间可设置（5-60s）
- 10.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障
- 11.电源、气源中断报警
- 12.电池低压报警

#### 六、其他功能

- 1.便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

	<p>2.信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。</p> <p>3.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表四：急救转运呼吸机 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p><b>急救转运呼吸机（数量1）</b></p> <p>1. 专用于成人、儿童、婴幼儿的急救转运呼吸机。</p> <p>2. #电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动。（提供证明文件）</p> <p>3. ≥8英寸TFT 彩色液晶显示，支持触摸、飞梭、按键三重操作，并可切换白天或夜晚显示模式。</p> <p>4. 配置通气模式：有创：P-A/C, P-SIMV, CPAP/PSV, PRVC；无创：CPAP/PSV, PSV-S/T。</p> <p>5. #设置参数范围：潮气量：20ml-2200ml。（提供证明文件）</p> <p>6. 设置参数范围：呼吸频率：1-80次/min。</p> <p>7. 设置参数范围：压力支持：3-65cmH2O。</p> <p>8. 设置参数范围：氧浓度：21-100%。</p> <p>9. 具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节呼气触发至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。</p> <p>10. 具有增氧、吸痰、吸气保持、呼气保持、手动呼吸功能。</p> <p>11. 可选配内源性PEEP（PEEPi）测定工具。</p> <p>12. 可选配SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。可显示PI灌注指数，范围：0.05%~20%。</p> <p>13. 可选配脱机辅助工具：口腔闭合压、浅快呼吸指数。</p> <p>14. 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。</p> <p>15. 具有压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图3种呼吸环监测。</p> <p>16. 具有72小时的趋势图和趋势表数据存储。</p> <p>17. 呼吸机提供锁屏功能，呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。</p> <p>18. #电池，工作时长≥520分钟。（提供证明文件）</p> <p>19. #主机方程防水等级：IP24，符合EN 1789 和EN 794-3标准。（提供证明文件）</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表五：激光手术系统 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p><b>激光手术系统（数量1）</b></p> <p>1.用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。皮肤科用于尖锐湿疣、肉芽肿、浅皮肿瘤的汽化和凝固。</p> <p>2.可搭配多种规格光纤：200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm可选。</p> <p>3.超柔软200光纤：内径：200μm±2%，外径：365μm±2%，最小弯曲半径：≤6mm； 常规200光纤：内径：272μm±2%，外径：400μm±2%，最小弯曲半径：≤7mm。 外径细可以减少工作通道占用，有助于术中回水，有效降低肾内压力，减少术中感染和输尿管热损伤的风险，有利于排石，清石率高；光纤弯曲半径小，输尿管软镜弯曲不受影响。</p>

- 4.搭配使用超柔软200光纤做软镜手术，有效传输功率 $\geq 45W$ ，手术效率高，手术时间短。
- 5.搭配使用常规200光纤做软镜手术，有效传输功率 $\geq 60W$ ，手术效率高，手术时间短。
- 6.高性能指示光：波长520nm，稳定性好，绿色护眼，确保术者手术视野清晰。
- 7.指示光功率 $\leq 5mW$ ，10档可调，调节步进为0.5mW，灵敏度高。
- 8.抗干扰加长脚踏连接线，长度不低于5米，减少对其他手术室设备的干扰。
- 9.脉宽可调，靶向碎石：宽窄脉宽间距大于等于600us。
10. #窄脉宽：200 $\mu s$ ，爆破力强，碎块化效果好，碎石效率高。
11. #宽脉宽：800 $\mu s$ ，粉末化效果好，伞状止血，切割止血同步进行。
- 12.激光治疗机可靠性高：连续工作8小时，功率稳定性高无衰减。
- 13.具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定性： $\leq \pm 5\%$ （提供检验报告）。
- 14.具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性： $\leq \pm 5\%$ （提供检验报告）
- 15.工作激光输出波长：2100nm  $\pm 100$ nm。
- 16.搭配内径550 $\mu m$ 光纤输出最大功率： $\geq 90W$ 。
- 17.激光耦合效率 $\geq 95\%$ （提供检验报告）。
- 18.控制方式：8英寸全触摸彩色控制屏。
- 19.专家数据库：嵌入式微电脑内置专家数据库。
- 20.冷却系统：内置压缩机制冷；拥有制冷专利技术，确保性能稳定。

#### Ho:YAG激光治疗机配置清单

序号	品名	数量	单位
1	Ho:YAG激光治疗机主机	1	台
2	脚踏开关	1	套
3	Ho:YAG激光治疗机附件 光纤	1	根
4	Ho:YAG激光治疗机附件 光纤	1	根
5	光纤剥离器	1	把
6	光纤切割笔	1	把
7	手持光纤端面检验仪	1	个
8	激光防护镜	2	副

#### 纤维输尿管肾镜技术参数

- 1.视场角81°
- 2.镜管插入头部直径8/9.8Fr，辅助器械最大尺寸可容纳1x5Fr/2x3Fr，工作长度430mm。
- 3.支持高温高压消毒方式或低温等离子任意单一消毒方式。
- 4.一体化镜桥，激光焊接密封，保证密封性。
- 5.蓝宝石镜头，镜内采用进口传像束，可承受术中操作范围的弯曲需求。
- 6.双水阀大通道结构，双重阻水设计。
- 7.30000高清像素，图像清晰无死点。
- 8.导光束可适配Wolf、Olympus、Storz等众多品牌。

9.配置包括:

纤维输尿管肾镜	1条
硅胶帽, 10个/包	1包
薄膜阀, 10个/包	1包
接头	1个
清洗毛刷	1条
清洗球	1个

电切镜参数

1.内窥镜: 视向角25°。

2.工作长度: 302mm。

3.中心分辨率: 3.348C/°。

4.光谱显色指数Ra: 85。

5.有效光度率DM: 1000。

6.镜管外鞘Fr 26。

7.操作器(工作手件)内置式光纤锁止机构设计, 无需外接光纤固定器。

序号	品名	数量	规格
1	硬管内窥镜	1支	Φ4*302mm
2	操作器	1件	直出式
3	镜鞘	1件	内鞘Fr24
4	镜鞘	1件	外鞘Fr26*180mm
5	镜鞘	1件	内鞘不活动闭孔器
6	冲洗器接头	1件	皮管

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包2(急诊科吊桥等)

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后60个日历日内交货
标的提供的地点	和林格尔县人民医院
投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期: 支付比例40%, 合同签订后支付 2期: 支付比例50%, 验收合格后支付 3期: 支付比例10%, 履约期满后支付
验收要求	1期: 按合同约定要求
履约保证金	收取比例: 10%,说明: 合同中约定
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属行 业	招标技 术要求
1	△	手术室设备及附件	急诊科吊桥	台	2.00	165,000.00	330,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2		其他医疗设备	声阻抗中耳功能分析仪	台	1.00	105,000.00	105,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3		其他医疗设备	纯音听力计（带测听室）	台	1.00	75,000.00	75,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三
4		其他医疗设备	输液椅	把	20.00	1,850.00	37,000.00	否	其他未列明行业	详见附表四
5		其他医疗设备	候诊椅	把	50.00	2,600.00	130,000.00	否	其他未列明行业	详见附表五
6		其他医疗设备	仪器车	辆	15.00	2,850.00	42,750.00	否	其他未列明行业	详见附表六
7		其他医疗设备	抢救车	辆	5.00	3,100.00	15,500.00	否	其他未列明行业	详见附表七
8		其他医疗设备	器械柜	个	15.00	2,450.00	36,750.00	否	其他未列明行业	详见附表八
9		其他医疗设备	药品柜	个	12.00	5,000.00	60,000.00	否	其他未列明行业	详见附表九
10		病房护理及医院设备	诊查床	个	15.00	1,850.00	27,750.00	否	其他未列明行业	详见附表一十
11		病房护理及医院设备	手动双摇病床（床头柜、床垫）	个	50.00	3,900.00	195,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十一
12		其他医疗设备	方形器械台	台	2.00	2,400.00	4,800.00	否	其他未列明行业	详见附表一十二

1 3	医用光学仪器	数码显微镜	台	1.00	35,000.00	35,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十三
--------	--------	-------	---	------	-----------	-----------	---	---------	---------

附表一：急诊科吊桥 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1		<p><b>吊桥参数（数量2）</b></p> <p><b>一般要求</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>吊桥主体应采用6005高强度铝合金型材，加工级别达到T6，防腐性高、易清洗，模具化生产。（提供权威第三方检测报告）</li> <li>吊桥承载最大工作承重时相对于空载时，终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量<math>\leq 25\text{mm}</math>；根据额定承重，负载时箱体倾斜角度<math>\leq 0.7^\circ</math>。</li> <li>表面采用环保粉末喷塑处理，粉末通过抑菌检测。（提供粉末抑菌权威第三方证明文件）</li> <li>#箱体采用全模块化设计，电源，气源，网口等终端安装在独立的模块上，模块尺寸不大于<math>150 \times 200\text{mm}</math>，节省空间。功能模块可根据临床实际需要进行组合、设计，保证安装时无需临时改装，安装完成后可随时加装功能模块及灵活更换模块位置。（提供模块化箱体实物图及权威第三方检测报告）</li> <li>所有吊桥上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。</li> <li>所有吊桥箱体可旋转角度<math>\geq 345</math>度。</li> <li>所有气体接口必须带有通、断、拔（原位Standby）三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标淮色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。</li> <li>气体终端插拔次数50,000次以上。</li> <li>气源终端采用Z字型交叉排列方式，满足上下气源中心点沿水平方向的间距<math>\geq 60\text{mm}</math>，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。</li> <li>电源采用双排五插插座，单面箱体排列4个五插插座，占用的面板长度不超过20cm，使得箱体在有限的长度下能提供更多的电源支持。</li> <li>采用医用优质气体管路，为三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，外层为耐磨损PVC材质，坚韧性强，通过生物相容性检测。</li> <li>#滑车滚动轴承与横梁导轨槽无间隙，箱体通过滑车移动时晃动量小，安全稳定，滑车移动距离<math>\geq 600\text{mm}</math>。（提供滑车稳定及移动距离的权威第三方证明材料）</li> <li>医用气体管道在测试压强为320kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%；负压气体管道在测试压强为10kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%。</li> <li>吊桥悬梁承载负荷：<math>\geq 400\text{KG}</math>，箱体承载负荷：<math>\geq 150\text{KG}</math>，托盘承载重量<math>\geq 85\text{Kg}</math>，带抽屉的托盘承载重量<math>\geq 50\text{Kg}</math>，通过4倍安全承重检测。</li> <li>具备刹车系统，可保障吊臂移动灵活和定位准确的需要，各关节轴承具备自锁功能，防止吊臂自行产生旋转。</li> <li>#吊塔具有良好的防尘效果，箱体内部不易积灰，防尘等级达到IP30或以上；</li> <li>#吊塔外壳具有良好的防火性能，确保使用安全，防火等级要求达到UL94-V0。</li> <li>气体终端、照明灯、输液架、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口的制式和数量等，可根据实际要求进行定制。</li> </ol>

19.多功能扩展坞可支持拓展输液杆、网篮、显示器支架、电脑支架、湿化器支架等。

**桥梁式吊桥（干湿分离）配置要求**

1、横梁长度：2000—3500mm（具体尺寸根据实际现场情况定制）。

2、1区配置：仪器托盘3层；抽屉1个。国标气体终端6个：氧气2个、空气2个、负压吸引2个。220V/10A国标电源插座12个，六类RJ45网络接口2个，等电位端子2个，网篮1个。

3、2区配置：仪器托盘3层；抽屉1个。国标气体终端6个：氧气2个、空气2个、负压吸引2个。220V/10A国标电源插座12个，六类RJ45网络接口2个，等电位端子2个，网篮1个。

4、3区配置：仪器托盘3层；抽屉1个。国标气体终端6个：氧气2个、空气2个、负压吸引2个。220V/10A国标电源插座12个，六类RJ45网络接口2个，等电位端子2个，网篮1个。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表二：声阻抗中耳功能分析仪 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>声阻抗中耳功能分析仪（数量1）</p> <p>1、探头:226Hz 85dB SPL</p> <p>2、压力范围:-400daPa—+200daPa;-600daPa+400daPa</p> <p>3、泵压力速度:50daPa/s; 100daPa/s;150daPa/s</p> <p>4、绝对容积范围:0.5-5.0cc</p> <p>5、声顺鼓室范围:0.0-3.0cc</p> <p>6、刺激反射:同侧与对侧500, 1000, 2000Hz:60-110dB HL 4000Hz60-90dB;分档5dB</p> <p>7、存储:可完整地存储两耳声阻抗测试结果。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表三：纯音听力计（带测听室） 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p><b>纯音听力计（带测听室）（数量1）</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、多种操作：单机操作、电脑操作，触摸键给声，安全耐用，有效降低本底噪声</li> <li>2、通道：两个独立的信号通道</li> <li>3、测试频率：气导125~8000Hz，骨导250~6000Hz，共11个频点</li> <li>4、测试强度范围：-10dB~120dB</li> <li>5、测试：纯音、啞音、脉冲音测试</li> <li>6、强度步进：5dB/1dB 步进</li> <li>7、掩蔽准确度：-3dB~+5dB</li> <li>8、输出接口：气导耳机、骨导耳机、自由声场</li> <li>9、信号键：触摸键给声，安全耐用，有效降低本底噪声</li> <li>10、麦克风：内置麦克风和喇叭，便于与受试者沟通回话（0~20dB强度可调）；</li> <li>11、电脑接口：可接 PC 的 USB 接口</li> <li>12、显示屏：LCD显示屏，双行精确数值显示</li> <li>13、保护功能：尽可能保护受试者听力不受损害</li> <li>14、操作环境：温度 10℃ ~ 40℃，相对湿度≤ 90%，气压 86KPa~106KPa</li> <li>15、预热时间：小于10分钟</li> </ol>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表四：输液椅 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p><b>输液椅（数量20）</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.规格：700*1120*1100mm（椅背最高处）</li> <li>2.椅面坐垫和椅背全为电镀包蓝色PVC人革及海绵一体压缩成型，两边配有实木把手。</li> <li>3.椅子主体采用优质碳钢管制做成型，所有连接件均为磨具件组合成形。</li> <li>4.配有优质钢制输液杆，锁紧装置利用塑料旋钮固定；接地处全为黑色PVC人革脚套保护。</li> <li>5.扶手一侧配有碳钢网篮，可以放置物品。</li> <li>6.椅子采用液压杆操作系统，患者使用时通过液压杆调节椅背舒适度，设计人性化，使用方便。</li> <li>7.椅子整体经过除油酸洗磷化等防锈处理，采用高温超声静电粉末喷涂处理，具有较好的防腐性能</li> <li>8.适用范围：供医院输液室使用，医院、门诊专用。</li> </ol>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表五：候诊椅 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p><b>候诊椅（数量50）</b></p> <p>尺寸要求≥1750mm*700mm*820mm。</p> <p>技术参数要求：</p> <p>1.扶手脚采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板冷冲成型，采用机器人自动焊接。</p> <p>2.横梁采用厚度≥1.2mm优质冷轧钢管冷拉成型，采用冷拉工艺定型。</p> <p>3.座板钢制部分采用厚度≥1.0优质冷板冷冲成型，采用机器人自动焊接。</p> <p>4.采用PU材质坐垫由环保A，B聚醚发泡成型，内镶厚度≥10mm高密度多层板。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表六：仪器车 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p><b>仪器车（数量15）</b></p> <p>尺寸：650*550*890(mm)</p> <p>技术参数：</p> <p>1.板材为1.0CR拉丝板</p> <p>2.管材为Φ25*1.2CR管</p> <p>3.脚轮为Φ100静音万向轮</p> <p>产品特点：</p> <p>1.整车由不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成；</p> <p>2.双层设计，每层三面均带围栏；</p> <p>3.抽屉配有高静音滑轨；</p> <p>4.配置四个优质静音耐磨万向脚轮，推动轻松灵活</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表七：抢救车 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p><b>抢救车（数量5）</b></p> <p>规格尺寸：770*420*900mm</p> <p>技术参数：</p> <p>1.框架、板材及台面采用不锈钢材质。</p> <p>2.整体制作精美，焊缝平滑，内外无毛刺、倒钩等，螺丝、导轨等部件有安全保护措施，防止意外划伤人体导致交叉感染。</p> <p>3.下方左侧为单门带锁可存放物品，右侧上方为抽屉，抽屉顶采用不锈钢拉丝板，抽屉滑轨为双节静音滑轨，下方配有可旋转不锈钢污物桶。</p> <p>4.脚轮采用优质静音万向轮，对角刹车。内置高耐磨自润滑轴承，优质耐磨轮体，可有效防止头发等异物缠绕，运转灵活，长期使用无噪音、不生锈，稳定性好。</p> <p>5.车身不积尘、不生锈，耐医疗药品及酸碱腐蚀，易于清洁与消毒。台面长期使用不塌陷。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表八：器械柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p><b>器械柜（数量15）</b></p> <p>1.尺寸：900*400*1750 mm</p> <p>1 2、主体采用冷轧钢板喷塑处理,底座采用优质 304不锈钢板材</p> <p>3、上部采用对开门设计，内嵌玻璃，可根据不同用途调整内层隔板。</p> <p>4、下部采用对开门设计，内有活动搁板便于医护人员按需存取各类器械。</p>
--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表九：药品柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p><b>药品柜（数量12）</b></p> <p>1.尺寸：900*260/400*1750(mm)</p> <p>2.整体采用优质304不锈钢材质,带有书写板设计。</p> <p>3.上层为推拉门设计，内嵌玻璃，三层搁板，高低可调，可以锁闭。</p> <p>4.下层为对开门，内侧有一层活动搁板，可以锁闭；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十：诊查床 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p><b>诊查床（数量15）</b></p> <p>尺寸：1950*650*650（mm）</p> <p>技术参数：</p> <p>1床身为30*50*1.2mm碳钢焊接而成，表面采用环保抗菌粉末喷涂。</p> <p>2.床面：高级皮革包裹高密度优质海绵，美观耐用且易于清理。</p> <p>3.床腿采用40*40*1.2优质碳钢。装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十一：手动双摇病床（床头柜、床垫） 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p><b>手动双摇病床（床头柜、床垫）（数量50）</b></p> <p>1.产品规格：≥2200*960*500mm，背部升降75°，腿部可调节37°。配置全覆盖式铝合金护栏，采用四角刹车，床体可承重240KG。整床为活动可拆装式结构，由床头床尾、床框、床面、床架、床脚、摇杆、护栏、脚轮、组成。</p> <p>2.床体骨架采用80*40*1.0的成型方管焊接而成，先进的机器人焊接工艺，可承载240kg。</p> <p>3.床面采用1.2mm厚的优质冷轧钢板。冲压成凹型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。</p> <p>4.床体表面经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焯处理。</p> <p>5.床头尾板采用优质ABS材料一次注塑成型，床头尾板可兼做CPR板应急抢救板使用，对称式快速插座，可快速拆卸，满足临床急救需求。床尾板有病人信息卡盒。</p> <p>6.产品配置ABS摇手内置钢芯,隐藏式设计，可调节患者背部、腿部体位升降。</p> <p>7.摇杆传动升降系统，无塑料结构，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。</p> <p>8.配置φ125静音脚轮，四角刹车，高耐磨、静音防腐、可独立控制整床的移动及固定。</p> <p>9.床体四角具有防撞设计。四角有输液架插孔及引流挂钩。</p> <p>10.配置半棕半棉床垫，尺寸：1950*830*80mm,厚度为80mm。</p> <p>11.床垫与病床匹配使用，布料采用防水布,内胆采用化纤面料，保护表皮不被棕丝刺破。</p> <p>12.内置4cm高密度海绵和4cm的天然3D棕丝，硬度合理久睡不变形，床垫边缘厚度和中间厚度一样。</p> <p>13.床垫棕丝采用三次高温灭菌，抗菌防腐；垫子上带有拉链</p> <p>14.配置全ABS床头柜：规格尺寸：480*480*750mm。</p> <p>15.床头柜为ABS材料注塑成型，材料强度高，耐磨、耐刮、防腐蚀、防酸碱等，外形美观大方。</p> <p>16.床头柜结构由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成，拉板设计有水杯及温度计放置槽。柜体左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，柜门内侧有磁铁门吸。</p> <p>17#.提供产品CE、FDA认证证书</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：方形器械台 是否允许进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	<p><b>方形器械台（数量2）</b></p> <p>尺寸：100*100cm</p> <p>1.采用304不锈钢管材,304不锈钢拉丝板；</p> <p>2.双层设计，每层下面均焊有支撑管,三面护栏。</p> <p>3.四个φ100超静音脚轮，其中两个带刹车，方便推送</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三：数码显微镜 是否允许进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求

	<p><b>显微镜（数量1）</b></p> <p>1、光学系统：无限远光学系统</p> <p>2、放大倍数：40X—1000X</p> <p>3、目镜：超大视野目镜EW10X/22，高眼点，-5~+5视度可调</p> <p>4、观察头：30°倾斜，瞳距47-78mm，内置800万像素数码观察镜筒</p> <p>5、转换器：编码式内倾式内定位五孔转换器，转动舒适，定位准确可靠；</p> <p>6、#物镜：无限远平场物镜，高性噪比、高分辨率以及高反差的成像效果，适合各种观察方式。</p> <p>4X            NA=0.10    WD=30</p> <p>10X           NA=0.25    WD=10.2</p> <p>40X           NA=0.65    WD=1.5</p> <p>1    100X（弹簧、油） NA=1.25    WD=0.2</p> <p>7、聚光镜：适用于明场、暗场、相衬的多功能通用聚光镜，N.A 0.9，齿轮齿条调节，可升降，孔径光栏并有刻度标记，可放Φ45 mm各类滤色片</p> <p>8、移动载物台：同步带平台，面积235×150mm，移动范围78mm×54mm，硬质氧化平台面。</p> <p>9、调焦系统：低手位同轴调焦机构（带上限位及松紧调节环），符合人机工程学设计，给予用户最大程度的舒适感；粗微调焦范围：28mm，粗调每转37.7mm，微调精度0.001mm；</p> <p>10、#照明系统：3W色温可调LED灯（液晶屏显示倍率、定时休眠、亮度指示及锁定等），调节范围3000~7000K，改善观察效果，更大程度上还原生物细胞其原有的颜色和结构。</p> <p>11、机身后部具有搬运把手装置设计，便于搬运及储藏，并配有专业电源线收纳装置。</p> <p>12、配电脑，配成像软件，软件可实现拍照、测量、图像调节、储存等功能</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

# 第五章 评标

## 一、评标要求

### 1.评标方法

包1（激光手术系统、呼吸机等）：综合评分法

包2（急诊科吊桥等）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

#### **6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：**

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

#### **7. 投标无效的情形**

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

#### **8. 废标的情形**

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

#### **9. 定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

### **二. 落实政府采购政策**

#### **1. 节约能源、保护环境**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

#### **2. 促进中小企业发展**

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（激光手术系统、呼吸机等）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（急诊科吊桥等）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5 投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

### 三、评标程序

#### 1. 符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

#### 符合性审查表

激光手术系统、呼吸机等

其他要求	采购文件要求的其他无效竞标情形：围标、串标和法律法规规定的其它无效竞标条款。
联合体竞标	符合关于联合体竞标的相关规定
竞标报价	竞标报价（包括分项报价，竞标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，竞标报价不得缺项、漏项。
主要商务条款	"审查竞标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
技术部分实质性内容	1.明确所竞标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.竞标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
竞标文件规范性、符合性	"竞标文件的签署、盖章文件编辑等应符合招标文件要求；竞标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对竞标无实质性影响。

急诊科吊桥等

其他要求	采购文件要求的其他无效竞标情形：围标、串标和法律法规规定的其它无效竞标条款。
联合体竞标	符合关于联合体竞标的相关规定
竞标报价	竞标报价（包括分项报价，竞标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，竞标报价不得缺项、漏项。
主要商务条款	"审查竞标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
技术部分实质性内容	1.明确所竞标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.竞标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
竞标文件规范性、符合性	"竞标文件的签署、盖章文件编辑等应符合招标文件要求；竞标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对竞标无实质性影响。

#### 2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

### 5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

激光手术系统、呼吸机等

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术规格参数的响应程度 (40.0分)	投标人所投产品完全满足招标文件技术需求得40分； 标有#为重点参数，有一项负偏离或不满足扣2分，其他一般参数有一项负偏离或不满足扣1分。累计扣完为止。注：技术指标参数要求中标“#”的为重要技术指标，供应商应在投标文件中对标“#”的技术指标参数进行详细说明，并配以产品技术佐证文件（如产品技术白皮书、产品彩页等真实佐证文件），并在技术偏离表内备注佐证文件所在的具体页码，未附相关技术佐证文件或提供的技术佐证文件未真实反映该指标参数的，视为该指标参数不满足招标文件要求。
	投标产品的质量（主要考虑技术及产品的专业性、可靠性、稳定性等）(4.0分)	设备专业性强、性能可靠，稳定性好得3.1-4分；设备专业性、可靠性及稳定性一般，得1.1-3分；设备专业性、可靠性及稳定性较差，得0-1分。
	设备运行成本、维修费用的经济性(3.0分)	设备运行成本、维修费用的经济性最优的得2.1-3分，良好的得1.1-2分，一般的得0-1分。
	产品品牌信誉度(3.0分)	所投产品的品牌信誉度好的得2.1-3分，良好的得1.1-2分，一般的得0-1分
商务部分	业绩(10.0分)	供应商同类或者类似产品近三年内（2020年1月至今）的业绩（以中标通知书或采购合同为准）。每提供一份得1分，10份为满分。
	产品检测报告(2.0分)	提供核心产品检测报告得2分
	售后服务方案(8.0分)	1、服务方案内容及保障措施合理可行得0-3分。2、培训方案涵盖详细人员培训计划及技术指导的得0-3分。3、服务响应时间及时，承诺4小时电话响应，48小时内到场的得2分，无不得分。

投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
------	----------------	---

急诊科吊桥等

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术规格参数的响应程度 (40.0分)	投标人所投产品完全满足招标文件技术需求得40分； 标有#为重点参数，有一项负偏离或不满足扣2分，其他一般参数有一项负偏离或不满足扣1分。累计扣完为止。注：技术指标参数要求中标“#”的为重要技术指标，供应商应在投标文件中对标“#”的技术指标参数进行详细说明，并配以产品技术佐证文件（如产品技术白皮书、产品彩页等真实佐证文件），并在技术偏离表内备注佐证文件所在的具体页码，未附相关技术佐证文件或提供的技术佐证文件未真实反映该指标参数的，视为该指标参数不满足招标文件要求。
	投标产品的质量（主要考虑技术及产品的专业性、可靠性、稳定性等）(4.0分)	设备专业性强、性能可靠，稳定性好得3.1-4分；设备专业性、可靠性及稳定性一般，得1.1-3分；设备专业性、可靠性及稳定性较差，得0-1分。
	设备运行成本、维修费用的经济性(3.0分)	设备运行成本、维修费用的经济性最优的得2.1-3分，良好的得1.1-2分，一般的得0-1分。
	产品品牌信誉度(3.0分)	所投产品的品牌信誉度好的得2.1-3分，良好的得1.1-2分，一般的得0-1分
商务部分	业绩(10.0分)	供应商同类或者类似产品近三年内（2020年1月至今）的业绩（以中标通知书或采购合同为准）。每提供一份得1分，10份为满分。
	产品检测报告(2.0分)	提供核心产品检测报告得2分
	售后服务方案(8.0分)	1、服务方案内容及保障措施合理可行得0-3分。2、培训方案涵盖详细人员培训计划及技术指导的得0-3分。3、服务响应时间及时，承诺4小时电话响应，48小时内到场的得2分，无不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

## 6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

人。

## **7.确定中标人**

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一、合同

#### 1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同格式及内容

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目 (填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: \_\_\_\_\_

(二) 交付地点: \_\_\_\_\_ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

# 政府采购合同

## (服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: \_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): \_\_\_\_\_

(三)服务地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

### 七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: \_\_\_\_\_

(二)付款条件: \_\_\_\_\_

### （三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

## 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

## 投标文件目录格式：

### 目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）的招标，项目编号：\_\_\_\_\_，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

## 二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

### 开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

### 开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

### 三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

#### 分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

#### 分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章):

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

#### 分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

### 分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

#### 四、授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托\_\_\_\_\_ (姓名) 为我方代理人, 参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的招标, 项目编号: \_\_\_\_\_。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: \_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

授权委托人(签字): \_\_\_\_\_

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

## 六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

## 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

## 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

## 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

## 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

### 十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，\_\_\_\_\_（项目名称），项目编号：\_\_\_\_\_，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 十二、联合体协议书

\_\_\_\_\_ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的投标, 项目编号: \_\_\_\_\_。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: \_\_\_\_\_。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式\_\_\_\_\_份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十三、中小企业声明函

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

#### 十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足\_\_\_\_\_ (项目名称)，项目编号：\_\_\_\_\_ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

### 十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。