

内蒙古奥晨招标有限公司

公开招标文件

采购单位名称：包头市中心医院

项目名称：医疗设备采购项目

项目编号：**BTZCS-G-H-230111**

2023年04月20日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古奥晨招标有限公司受包头市中心医院委托，采用公开招标方式组织采购医疗设备采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：医疗设备采购项目

项目编号：BTZCS-G-H-230111

采购计划备案号：包采备字[2023]01777号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	显微外科成套手术器械等	4	详见招标文件	1,276,500.00
2	手术动力系统等	3	详见招标文件	1,560,000.00
3	细胞核型分析系统等	3	详见招标文件	810,000.00
4	遥测监护系统	1	详见招标文件	900,000.00

二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.截至开标时间，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.其他资质要求：

合同包1（显微外科成套手术器械等）：

1)1)供应商根据所投设备分类，如是代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》（如包含第二类医疗器械）；如是生产厂家，须具有有效的《医疗器械生产许可证》。根据所投设备分类，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。2)本项目不接受联合体竞标。

合同包2（手术动力系统等）：

1)1)供应商根据所投设备分类，如是代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》（如包含第二类医疗器械）；如是生产厂家，须具有有效的《医疗器械生产许可证》。根据所投设备分类，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。2)本项目不接受联合体竞标。

合同包3（细胞核型分析系统等）：

1)1)供应商根据所投设备分类，如是代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》（如包含第二类医疗器械）；如是生产厂家，须具有有效的《医疗器械生产许可证》。根据所投设备分类，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。2)本项目不接受联合体竞标。

合同包4（遥测监护系统）：

1)1)供应商根据所投设备分类，如是代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》（如包含第二类医疗器械）；如是生产厂家，须具有有效的《医疗器械生产许可证》。根据所投设备分类，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。2)本项目不接受联合体竞标。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古奥晨招标有限公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街中星花园二期1号楼701室

联系人： 内蒙古奥晨招标有限公司

联系电话： 13347172065

采购单位名称：包头市中心医院

地址： 包头市东河区环城路61号

联系人： 李健

联系电话： 0472-6955894

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共4包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（显微外科成套手术器械等）：综合评分法 包2（手术动力系统）：综合评分法 包3（细胞核型分析系统等）：综合评分法 包4（遥测监护系统）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。
10	中标人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受 包3： 不接受 包4： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取

14	代理费用收取标准	收取。采购机构代理服务收费标准：按内蒙古自治区制定的《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》内工建协（2022）034号文件收费标准收取。
15	投标保证金	显微外科成套手术器械等：保证金人民币：0.00元整。手术动力系统等：保证金人民币：0.00元整。细胞核型分析系统等：保证金人民币：0.00元整。遥测监护系统：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 采购包3：非专门面向中小企业 采购包4：非专门面向中小企业
19	有效供应商家数	符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（显微外科成套手术器械等）：总价 合同包2（手术动力系统等）：总价 合同包3（细胞核型分析系统等）：总价 合同包4（遥测监护系统）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如有需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务

平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 电子招投标

各投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

3.1 远程不见面方式

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 **CA** 证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标无效。

(1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的;

(2) CA证书无法解密投标文件的;

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标无效。

(1) CA证书无法解密投标文件的;

(2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指包头市中心医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古奥晨招标有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活

动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据供应商填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标供应商提供的样品，应当及时退还或者经未中标供应商同意后自行处理；对于中标供应商提供的样品，

应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认;

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义, 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的, 应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义, 应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出, 采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的, 不得开标。

1.3.2开标时, 投标人使用 CA证书参与投标文件解密, 投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后, 采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查, 以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的, 审查结果为未通过, 未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道: 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 进行查询;

查询截止时点: 本项目资格审查时查询;

查询记录: 对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询;

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询, 并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

显微外科成套手术器械等

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2021或2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据。(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准) 2.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证。(以专用收据或社会保险缴纳清单为准) 注: 其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人, 应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内, 在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函;
信用记录	到提交投标文件的截止时间, 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

其他资格要求	1)供应商根据所投设备分类，如是代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》（如包含第二类医疗器械）；如是生产厂家，须具有有效的《医疗器械生产许可证》。根据所投设备分类，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。2)本项目不接受联合体竞标。
--------	---

手术动力系统等

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2021或2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
其他资格要求	1)供应商根据所投设备分类，如是代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》（如包含第二类医疗器械）；如是生产厂家，须具有有效的《医疗器械生产许可证》。根据所投设备分类，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。2)本项目不接受联合体竞标。

细胞核型分析系统等

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2021或2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；

信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
其他资格要求	1)供应商根据所投设备分类，如是代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》（如包含第二类医疗器械）；如是生产厂家，须具有有效的《医疗器械生产许可证》。根据所投设备分类，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。2)本项目不接受联合体竞标。

遥测监护系统

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2021或2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
其他资格要求	1)供应商根据所投设备分类，如是代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》（如包含第二类医疗器械）；如是生产厂家，须具有有效的《医疗器械生产许可证》。根据所投设备分类，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。2)本项目不接受联合体竞标。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

分包号	设备名称	单位	数量	最高限价 (万元)	质保期
1	显微外科成套手术器械	套	1	58	一年
	肌电图诱发电位仪	台	1	54	三年
	防褥疮气垫床	张	5	0.65	一年
	等离子电切镜手件	台	1	15	一年
2	手术动力系统	套	1	63	一年
	麻醉系统	台	1	50	三年
	血流动力学分析仪	台	1	43	二年
3	细胞核型分析系统	套	1	60	一年
	倒置相差生物显微镜	台	1	11	一年
	研究级生物显微镜	台	1	10	一年
4	遥测监护系统	套	20	90	三年

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（显微外科成套手术器械等）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30日内
标的提供的地点	包头市中心医院指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例90%，验收合格后支付合同金额的90% 2期：支付比例10%，质保期满后无质量问题支付剩余10%
验收要求	1期：设备到货验收，设备运抵用户所在地现场后，用户与投标人共同完成开箱验货，验货结果双方认可。
履约保证金	不收取

其他	其他：1、质保期按文件中具体要求，自仪器设备验收合格之日起计算。 2、报价方式: 本次报价为总价报价，报价包括所供货物的设计、制造、供货、运输、安装调试、验收、保修、人员培训、售后服务、税费等所有费用。投标人应严格按照招标文件的格式认真填写价格表中各分项价格。响应报价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。响应报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，采购人将认为其响应报价已经包含该缺漏项报价。 3、最高限价: 本项目设有最高限价及分项最高限价，响应报价及最后报价不得超出招标文件中规定的最高限价及分项最高限价。 4、报价其它说明: 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 5、特别提示: 投标人制作响应文件时，不仅需要在投标软件中填写投标报价及分项报价，还需将投标报价表及分项报价表（按采购清单逐项填写单价、合价等）完整附在响应文件正文中。若响应文件正文不附报价表及分项报价表，造成废标，采购人及采购代理机构不承担任何责任。 6、合同条款及内容: 由于招标文件中《合同与验收》为固定模板，无法修改。本项目的合同条款及格式仅供参考，具体以实际签订合同内容为准。 7、解决问题途径: 本项目为电子投标，制作响应文件时请到自治区采购网首页自行学习操作方法（网站上有操作视频），如遇问题无法解决可直接联系软件公司咨询，包头技术支持0472-5228689，技术支持400-0471-010。 8、使用系统注意事项: 由于本项目采用电子系统招标，招标文件为系统模板，根据具体项目的情况无法准确描述，部分内容只可填空，不可更改。所以招标文件中有不适用之处，敬请谅解。如有问题，请及时联系采购代理机构。 9、开标注意事项: 本项目为远程开标，投标人需提前半小时登录系统进行各投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准，开标时远程解锁。开标时，各投标人必须保证电脑可正常登陆、解密。本项目设置解密、签章确认时限均为30分钟，如投标人在规定时间内无法解密，造成废标的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	显微外科成套手术器械	套	1.00	580,000.00	580,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2	△	其他医疗设备	肌电图诱发电位仪	台	1.00	540,000.00	540,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3		其他医疗设备	防褥疮气垫床	张	5.00	1,300.00	6,500.00	否	其他未列明行业	详见附表三

4		其他医疗设备	等离子电切镜手件	台	1.00	150,000.00	150,000.00	否	其他未列明行业	详见附表四
---	--	--------	----------	---	------	------------	------------	---	---------	-------

附表一：显微外科成套手术器械 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1、显微外科成套手术器械包：1套，不锈钢，刷光； 2、脑吸引管：180×Φ1.5，弯，1支，不锈钢，哑光； 3、Z显微外科成套手术器械包：1套，不锈钢，刷光； 4、头皮拉钩：45×13.5，钝，2支，不锈钢，电镀； 5、乳突牵开器：150×22，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11°，3件，不锈钢，电镀； 6、动脉瘤夹钳：210，枪型，单关节，迷你型，1把，不锈钢，刷光； 7、动脉瘤夹钳：210，枪型，单关节，标准型，1把，不锈钢，刷光； 8、动脉瘤夹钳：280，枪型，管式，迷你型，360°旋转，1把，不锈钢，刷光； 9、动脉瘤夹钳：280，枪型，管式，标准型，360°旋转，1把，不锈钢，刷光； 10、显微镊：180×Φ1，直型，环形，圆柄，1把，不锈钢，刷光； 11、骨膜剥离器：180×1×2，弯/弯，双头，1把，不锈钢，刷光； 12、显微持针钳：210，弯，自锁，簧式，1把，不锈钢，刷光、镀金； 13、刮匙：250×3，侧弯，环状，1把，不锈钢，哑光； 14、刮匙：250×3，直型，柔性，环状，1把，不锈钢，哑光； 15、刮匙：250×3，角弯，环状，1把，不锈钢，哑光； 16、显微刮匙：240×3，枪形，右弯，环状，1把，不锈钢，哑光； 17、显微刮匙：240×4，枪形，上弯，环状，1把，不锈钢，哑光； 18、显微刮匙：240×4，枪形，右弯，环状，1把，不锈钢，哑光； 19、显微刮匙：240×5，枪形，下弯，环状，双刃，1把，不锈钢，哑光； 20、脑吸引管：220×Φ1.5，可控缩口，1把，不锈钢，哑光； 21、脑吸引管：220×Φ2，可控缩口，1把，不锈钢，哑光； 22、脑吸引管：220×Φ2.5，可控缩口，1把，不锈钢，哑光； 23、脑吸引管：220×Φ3，可控缩口，1件，不锈钢，哑光； 24、脑吸引管：250×Φ1.5，可控缩口，1把，不锈钢，哑光； 25、脑吸引管：250×Φ2，可控缩口，1件，不锈钢，哑光； 26、脑吸引管：250×Φ2.5，可控缩口，1把，不锈钢，哑光； 27、脑吸引管：250×Φ3，可控缩口，1件，不锈钢，哑光； 28、脑吸引管：270×Φ1.5，可控缩口，1件，不锈钢，哑光； 29、脑吸引管：270×Φ2，可控缩口，1把，不锈钢，哑光； 30、脑吸引管：270×Φ2.5，可控缩口，1件，不锈钢，哑光； 31、脑吸引管：270×Φ3，可控缩口，1把，不锈钢，哑光； 32、显微剪：210，枪状，直头，圆头，2把，不锈钢，刷光； 33、显微剪：210，枪状，弯头，圆头，2把，不锈钢，刷光； 34、颅脑基础器械：1套，不锈钢，电镀； 35、脑压板：200×2，1把，不锈钢，哑光；
	1	

	36、脑压板：直头200×4，1把，不锈钢，哑光； 37、脑压板：直头200×6，1把，不锈钢，哑光； 38、脑压板：200×8，直头，1把，不锈钢，哑光； 39、脑压板：直头200×10，1把，不锈钢，哑光； 40、显微钩：210×Φ1×4×90°，直型，球头，1把，不锈钢，哑光； 41、剥离器：230×1，直头，球头，1把，不锈钢，哑光； 42、剥离器：230×φ1，枪状，球头，1把，不锈钢，哑光； 43、显微钩：210×Φ1×2.5×45°，直型，球头，1件，不锈钢，哑光； 44、显微钩：240×Φ1×2.5×45°，枪形，球头，1件，不锈钢，哑光； 45、剥离器：240×2，枪形，叶片状，上弯，1把，不锈钢，哑光； 46、椎板咬骨钳：200×2/10×110°，超薄型，1把，不锈钢，电镀； 47、椎板咬骨钳：180×3/10×110°，超薄型，1把，不锈钢，电镀； 48、手术头架：多功能型，1台，不锈钢，哑光； 49、手术头架：头圈型，1套，不锈钢，哑光； 50、脑压板：200×5×3，1把，不锈钢，哑光； 51、脑压板：205×3×6，1把，不锈钢，哑光； 52、脑压板：200×7×9，1把，不锈钢，哑光； 53、脑压板：200×11×13，1把，不锈钢，哑光； 54、脑压板：200×15×18，1把，不锈钢，哑光； 55、脑压板：200×20×22，1把，不锈钢，哑光； 56、脑压板：230×7×9，1把，不锈钢，哑光； 57、脑压板：230×11×13，1把，不锈钢，哑光； 58、脑压板：230×7×9，1把，不锈钢，哑光； 59、脑压板：200×7×9，1把，不锈钢，哑光； 60、脑压板：200×11×13，1把，不锈钢，哑光； 61、脑压板：200×15×18，1把，不锈钢，哑光； 62、脑压板：230×20×10，1把，不锈钢，哑光； 63、脑压板：200×20×22，1把，不锈钢，哑光； 64、脑压板：230×11×13，1把，不锈钢，哑光； 65、脑压板：230×15×18，平板，1把，不锈钢，哑光； 66、显微剪：240，枪状，直头，尖头，圆头，2把，不锈钢，刷光； 67、脑膜剪：180圆弯头，2把，不锈钢，哑光；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表二：肌电图诱发电位仪 是否允许进口：否	
参数性质	序号 具体技术(参数)要求
	一、硬件参数 1、计算机：台式机或者笔记本计算机系统；CPU i5及以上,内存4G，1T固态硬盘； 2、操作系统:Windows10/Windows7； 3、图像分辨率≥1024X768； 4、显示器尺寸:23.8寸或更大，高清显示器；隔离安全电源装置、打印机、高端台车等组成；

二、技术参数

- ▲1、放大器：16通道，任意两个均可定义为双极记录通道，要求微型电极连接盒连接电缆可自由拆卸，利于今后维护保养更换；
- 2、隔离电源：配备专用医用隔离电源，防高压专用隔离，保护术中病人安全，同时保护设备安全；
- 3、灵敏度：0.01mV/div到30mV/div分档控制；
- ▲4、共模抑制比：≥125dB；
- ▲5、噪声电压：≤0.4mV；
- 6、A/D转换：≥24位；
- 7、电源：100-240V，50/60Hz；
- 8、扫描速度：1-1000mS/D，≥20级可调；
- 9、阻抗测量：所有输入的电极及地电极都可检测；
- 10、蒙太奇：所有的输入端都可以设置任意导联；
- 11、前置放大器与主机传输方式，通过电缆连接；
- 12、极阻抗测试：显示实时监测的通道阻抗；

三、刺激器参数

- 1、恒流恒压两种，不可通过外接第三方刺激器实现；
- 2、输出方式：单、交替、串、序列；
- 3、安全性：功率限制，开机测试；
- 4、刺激极性：正相，负相，双相；
- 5、电刺激器：≥28个高电流刺激，≥4个经颅恒压刺激，≥4个低电流刺激；
- 6、刺激脉宽：10us-1ms；
- 7、系统电流刺激强度及误差要求：最大脉冲强度为 100mA，误差要求控制在±5%之内；
- 8、脉冲输出频率：0.1Hz~120Hz；
- 9、标准声学耳机；
- 10、刺激输出：左，右，或双耳；
- 11、极性：疏松、密集和交替三种刺激方式；
- 12、声刺激器：最大Click声强：125—140db（SPL 峰值），纯音，爆发音等；
- 13、光刺激分别给予左、右和双眼刺激的LED闪光器；

四、软件功能：

- 1、计算机操作系统软件：Windows系统、专业版Office办公软件；
- 2、神经监测软件项目：自发肌电图及电刺激触发肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、听觉诱发电位、视觉诱发电位、脑电图及脑电频谱分析等；
- 3、术中监护模式：具备多窗口显示、任意排列、任意调节，项目同步监测，可根据不同的手术方案自由编辑，且设有方案向导可快速完成方案，具备自定义监测项目顺序，全方位监测手术风险的功能神经；
- 4、TOF测试功能：可直接反映肌松剂的代谢情况，能直接得到每个波形衰减程度的数值，自动存储每次测试的波形及数据；
- 5、肌电图功能：自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，自动捕获肌电图动作单位电位；可根据不同的肌肉所发生的动作电位，设置不同的报警声音，提示注意相关的神经部位；
- 6、自动伪迹抑制功能，记录电极自动报警，如果监测的数据超出了预警范围，仪器自动发出声音预警；
- 7、诱发电位功能：多种显示模式，方便对比前后监测的波形变化，并可设定基础波形对比；
- 8、抗手术器械干扰功能：能有效检测出外科手术中使用到的电子器械，有效避免干扰，并可清除电刀或

	其他设备的干扰信号； 9、设备具有自动储存功能，如意外系统断电，重新开机后返回原运行程序，可保留上一次记录的数据，并继续进行监测； 10、噪声分析屏蔽软件：软件具备干扰源频率分析功能，可分析手术室固定频率干扰并去除干扰频率； 11、具备多个数据窗口显示：实时波形、趋势图、数据表格、视频图像、事件窗口等，同屏显示，也可分屏逐窗口浏览； 12、实时显示波形数据有四种形式：数据的绝对值、每个波形与基线的差值、每个波形与基线的百分比值、刺激参数； 13、实时监测软件：显示病人肌肉松弛度；校验信号质量，实时显示干扰，利于操作及时调节； 14、原厂全中文软件，操作简便快捷；报告具备模板功能，用户可自行编辑、保存，支持中文报告，能与word的文档处理软件兼容，各显示窗口可复制并粘贴至其他应用软件； 15、屏幕打印功能：可将监测波形拷屏并自动导入报告中或存为图片格式； 16、任何一台计算机均可以通过LAN或VPN进行远程数据监视，实现即时网络功能；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：防褥疮气垫床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、气垫尺寸：1850x850x70mm； 2、气垫承重：≤135kg； 3、气垫面料：PVC； 4、气垫便孔：30x32cm； 5、气垫功能：有波动； 6、气垫睡眠功能：静音型； 7、气泵噪音：≤45db； 8、气泵舒适度：3档可调； 9、气泵电压：220V； 10、气泵功率：20W； 11、气垫特点：静音气泵、波动换气、断电保气≥6小时软硬可调、气囊可拆、便孔设计、可侧翻身； 12、使用范围：全曲护理床、轮椅护理床； 13、适用群体：长期卧床且无自理能力患者；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：等离子电切镜手件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	▲1、电切内窥镜一套（包含如下），可连续进出水冲洗对流、要求与等离子主机为同一厂家产品； 2、内窥镜1支，30° 4mm×300±2mm高清（HD）内窥镜,目镜与镜端采用高品质镜面，无腐蚀性，可高温高压消毒：≤20分钟134°； 3、外鞘1支，26Fr设置 进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流； 4、内鞘1支，24Fr 可360°旋转； 5、内鞘进水接头1个，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术； 6、闭孔鞘芯1个； 7、冲洗接头一个；
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包2（手术动力系统）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30日内
标的提供的地点	包头市中心医院指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例90%，验收合格后支付合同金额的90% 2期：支付比例10%，质保期满后无质量问题支付剩余10%
验收要求	1期：设备到货验收，设备运抵用户所在地现场后，用户与投标人共同完成开箱验货，验货结果双方认可。
履约保证金	不收取

其他	其他：1、质保期按文件中具体要求，自仪器设备验收合格之日起计算。 2、报价方式: 本次报价为总价报价，报价包括所供货物的设计、制造、供货、运输、安装调试、验收、保修、人员培训、售后服务、税费等所有费用。投标人应严格按照招标文件的格式认真填写价格表中各分项价格。响应报价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。响应报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，采购人将认为其响应报价已经包含该缺漏项报价。 3、最高限价: 本项目设有最高限价及分项最高限价，响应报价及最后报价不得超出招标文件中规定的最高限价及分项最高限价。 4、报价其它说明: 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 5、特别提示: 投标人制作响应文件时，不仅需要在投标软件中填写投标报价及分项报价，还需将投标报价表及分项报价表（按采购清单逐项填写单价、合价等）完整附在响应文件正文中。若响应文件正文不附报价表及分项报价表，造成废标，采购人及采购代理机构不承担任何责任。 6、合同条款及内容: 由于招标文件中《合同与验收》为固定模板，无法修改。本项目的合同条款及格式仅供参考，具体以实际签订合同内容为准。 7、解决问题途径: 本项目为电子投标，制作响应文件时请到自治区采购网首页自行学习操作方法（网站上有操作视频），如遇问题无法解决可直接联系软件公司咨询，包头技术支持0472-5228689，技术支持400-0471-010。 8、使用系统注意事项: 由于本项目采用电子系统招标，招标文件为系统模板，根据具体项目的情况无法准确描述，部分内容只可填空，不可更改。所以招标文件中有不适用之处，敬请谅解。如有问题，请及时联系采购代理机构。 9、开标注意事项: 本项目为远程开标，投标人需提前半小时登录系统进行各投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准，开标时远程解锁。开标时，各投标人必须保证电脑可正常登陆、解密。本项目设置解密、签章确认时限均为30分钟，如投标人在规定时间内无法解密，造成废标的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。
----	--

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1	△	其他医疗设备	手术动力系统	套	1.00	630,000.00	630,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2		其他医疗设备	麻醉系统	台	1.00	500,000.00	500,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3		其他医疗设备	血流动力学分析仪	台	1.00	430,000.00	430,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三

附表一：手术动力系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、主机 1.1适用于神经外科电动手术系统（具备颅骨钻、铣刀、磨钻功能）； 1.2具备电机自动识别功能和操作参数设置； 1.3具备双动力输出，同时连接两个不同功能手柄并可根据需求切换； 1.4彩色液晶触摸菜单操作界面； 1.5最高转速80000r/min，无级变速； 2、脚踏开关 2.1具备正反转切换防水脚踏开关； 2.2具备无级调速，可进行功能切换及注水控制； 3、低速马达 3.1输出功率150W，最高转速40000r/min； 3.2噪音＜65dB，不发烫，工作时最高触感温度＜40℃； 3.3可高温、高压消毒； 4、颅骨钻手柄 4.1最高转速不低于1500r/min，低噪音、低振动； 4.2可高温高压消毒； 5、颅骨钻头 5.1具备自停功能，确保使用安全； 5.2可进行快速安装； 5.3具备多种规格； 6、颅骨铣刀手柄 6.1无级调速，最高转速不低于40000r/min； 6.2低噪音、低振动，不发烫，工作时最高触感温度＜40℃； 6.3快速安装铣刀接口； 6.4可安装固定式铣刀护壳和旋转式铣刀护壳； 6.5可高温高压消毒； 7、高速马达 7.1接插方便快捷，可高温高压消毒； 7.2输出动力强劲稳定，输出功率100W，转速不低于40000r/min； 7.3自动风冷技术，温升小，噪音低，噪音＜65dB，工作时最高触感温度＜40℃； 8、磨钻手柄 8.1接插方便快捷，可高温高压消毒； 8.2弯角手柄，防滑结构设计； 8.3最高转速80000r/min，可正反转，低发热、低噪音； 9、磨钻头、铣刀 9.1钨钢材质，抗弯抗扭，锋利耐用，可高温高压消毒； 9.2多种规格型号可供选择；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：麻醉系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1、主要规格和系统概述 1.1一体化设计、最新一代的智能化全能麻醉工作站； ▲1.2适用于成人、儿童和新生儿； 1.3大工作台，可选配侧面可折叠隔板； 1.4整机技术标准按麻醉工作站设计：所有参数、波形由一体化彩色大屏幕同屏显示，无须外接屏幕； 1.5第二状态显示屏：显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息； 1.6全自动自检、自动定标，传感器自动校正； 1.7标配备用手动通气模式：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测； 2、技术参数 2.1气体输送系统 ▲2.1.1电子新鲜气体混合器，2气源（O₂/AIR）； ▲2.1.2可直接设置混合气体总流量及氧浓度，新鲜气体总流量设置范围：关闭和0.2 - 15 L/min；氧浓度设置范围：21-100%（载气：空气）；25 - 100%（载气：笑气）； 2.1.3 笑氧保护装置，确保笑气（N₂O）作为载气时，当氧气供应不足时，会限制N₂O 的输送，使得新鲜气体的氧浓度不会低于25%； 2.1.4使用空气作为载气时，可设置最小O₂流量：关闭，50 - 300 ml/min； ▲2.1.5标配一体化的紧急氧输送+鼻吸氧装置，可快速切换，关机时也能输送氧气和麻药进行手动通气； 2.1.6所有新鲜气体流量信息以虚拟流量计的形式显示在屏幕上； 2.2麻醉呼吸机 ▲2.2.1电动电控呼吸机，无需驱动气体；在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气，呼吸机继续进行机械通气，保证病人安全； 2.2.2采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响； 2.2.3通气模式：标配：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停； 2.2.4暂停模式：独立的通气模式，可一键暂停新鲜气体和麻药的输送。通过“计时器”功能还能设置暂停持续的时间，到时及时报警提示医生切换通气模式。在术中进行吸痰，调整插管位置，移动患者等操作时，可防止麻醉气体通过开放的Y型接头对室内空气的污染； ▲2.2.5容量控制模式下潮气量设定范围: 10 - 1500 ml; 2.2.6吸气压力 P_{insp} : (PEEP + 5) - 80 cmH₂O（压力模式下）； 2.2.7压力限制 P_{max}: (PEEP + 10) - 80 cmH₂O； 2.2.8压力支持 ΔP_{supp}: 关，3 - (80-PEEP) cmH₂O； 2.2.9呼气末正压PEEP: 关，2 - 35 cmH₂O； 2.2.10呼吸频率: 3 - 100 次/分； 2.2.11吸气时间: 0.2 - 10秒； ▲2.2.12吸呼比: 1:49 - 49:1； ▲2.2.13最大吸气流速为≥160 L/min； 2.2.14同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发：0.3 - 15 L/min； 2.2.15压力上升时间 Slope: 0 - 2秒；

2.2.16压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5 - 80 %；

▲2.2.17可根据病人的身高自动计算理想体重并据此预设相关的通气参数和报警阈值；

2.3呼吸回路

2.3.1集成呼吸回路，耐137℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶；

2.3.2呼吸系统总容量：≤3.5 升（包括钠石灰罐容量和呼吸机容量）；

2.3.3一体化的回路主动加热系统（可关闭），防止呼吸回路积水；

2.3.4组件少，拆装无需工具；

2.3.5手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH₂O；

2.3.6标配不少于5个高精度流量传感器，全自动标定；

2.3.7CO₂吸收罐容量≥1.5升；

▲2.3.8标配主动式麻醉废气排放装置（AGSS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备；

2.4麻醉气体挥发罐

2.4.1挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产；

2.4.2挥发罐，具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运；

2.4.3双罐位，常规最大加药量≥300毫升；

2.4.4配置一个七氟醚挥发罐，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐；

2.4.5只需出厂一次定标，终身免维护；

2.4.6能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2 - 15L/min；

2.5监测和报警

▲2.5.1一体化内置式≥15寸彩色触摸幕，可快捷切换3种配置视图；像素≥1280 x 768；

2.5.2全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动；

2.5.3全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器；

2.5.4实时显示2 - 3道波形；

2.5.5日志中可保存 ≥20000个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目仍然保留不会被删除；

2.5.6通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（C_{dyn}）；阻力（R）；弹性（E）；

2.5.7监测范围：压力：-20 - 99 cmH₂O；潮气量监测范围：0 - 2500 mL；顺应性：0 - 200 mL/ cm H₂O；阻力：0 - 100 cmH₂O/L/s；弹性：0.005 - 10 mL/ cmH₂O；

2.5.8一体化的氧浓度监测：O₂传感器；氧浓度监测范围：0 —100 Vol%；更换周期：2年；

2.5.9报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等；

2.5.10自动设置报警限值功能：可一键自动调节所有报警的设置限值。按压相应按键后，机器自动根据预先设定的百分比对报警的上下限进行调整，便于医生方便，快速，适当地调节报警限值；

2.5.11 CBM模式（心脏旁路模式）用于在使用体外循环机时抑制相应报警；

2.6其他

2.6.1内置后备电池，使用时间≥45分钟；

2.6.2传输协议：Medibus X；

2.6.3接口：配备1个RS232，1个USB，1个RJ45；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三：血流动力学分析仪 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		▲1、功能要求：通过微创或无创监测模式实现实时连续血流动力学监测； 2、监测方式：微创模式：通过三通数据线获取有创动脉压力传感器获取动脉压力数据进行分析；无创模式：通过血管卸荷原理，连接指套、控制器、袖带获取动脉压力数据进行分析； 3、数据显示频率为逐搏测量（每次心跳均有一组数据）； ▲4、无创模式或微创模式均无须专属耗材； 5、事件应答：在显示界面具有SV、MAP、HP、SVR、CO变化率窗口，在液体容量试验之后，直接显示结果； 6、图形显示：在显示界面上可同时显示≥4个趋势图及目标框图、条形图界面，可标注参数基线及自定义范围； ▲7、具有内置容量负荷试验流程临床指导方案≥3种，例如液体冲击试验、被动抬腿试验、肺复张试验、呼气末闭塞试验、潮气量冲击试验； 8、屏幕拍照：具备一键截屏功能； 9、数据图显示：可回顾本患者所有瞬时数据值； 10、可进行日间/夜间模式切换，以减少显示屏亮度对患者的影响； ▲11、数据下载：读取软件实时还原监测数据、波形图及操作情况；可通过4个USB串口导出Excel数据文件； 12、数据存储：可提供数据存储（≥16G），方便回顾查阅； 13、报警系统：具备可自拟、可关闭的临床参数报警系统，具备设备自检报警系统； 14、显示屏尺寸≥17寸，全触屏操作，支持分屏，支持HDMI，支持投影； 15、内置电池标准续航至少≥6小时； 16、支持TCP/IP、HL7通讯协议，可与医院信息化系统链接； 17、参数要求 17.1基础参数 17.1.1平均动脉压（MAP）； 17.1.2收缩压（Sys）； 17.1.3舒张压（Dia）； 17.1.4心率（HR）； 17.1.5心率变异度（HRV）； 17.2心功能参数 17.2.1心输出量（CO）； 17.2.2心输出量指数（CI）； 17.2.3每搏输出量（SV）； 17.2.4每搏输出量指数（SVI）； 17.2.5外周血管阻力（SVR）； 17.2.6外周血管阻力指数（SVRI）； 17.3容量应答参数 17.3.1脉压变异度（PPV）；
	1	

	17.3.2每搏输出量变异度（SVV）； 17.3.3每搏量增加率（ ΔSV ）； 17.3.4心输出量增加率（ ΔCO ）； 17.3.5平均动脉压增加率（ ΔMAP ）； 17.3.6心率增加率（ ΔHR ）； 17.3.7外周阻力增加率（ ΔSVR ）； 17.4氧代谢参数 17.4.1氧供（DO ₂ ）；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包3（细胞核型分析系统等）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后 30 日内
标的提供的地点	包头市中心医院指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
付款方式	1期：支付比例90%，验收合格后支付合同金额的90% 2期：支付比例10%，质保期满后无质量问题支付剩余10%
验收要求	1期： 设备到货验收，设备运抵用户所在地现场后，用户与投标人共同完成开箱验货，验货结果双方认可。
履约保证金	不收取

其他	其他：1、质保期按文件中具体要求，自仪器设备验收合格之日起计算。 2、报价方式: 本次报价为总价报价，报价包括所供货物的设计、制造、供货、运输、安装调试、验收、保修、人员培训、售后服务、税费等所有费用。投标人应严格按照招标文件的格式认真填写价格表中各分项价格。响应报价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。响应报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，采购人将认为其响应报价已经包含该缺漏项报价。 3、最高限价: 本项目设有最高限价及分项最高限价，响应报价及最后报价不得超出招标文件中规定的最高限价及分项最高限价。 4、报价其它说明: 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 5、特别提示: 投标人制作响应文件时，不仅需要在投标软件中填写投标报价及分项报价，还需将投标报价表及分项报价表（按采购清单逐项填写单价、合价等）完整附在响应文件正文中。若响应文件正文不附报价表及分项报价表，造成废标，采购人及采购代理机构不承担任何责任。 6、合同条款及内容: 由于招标文件中《合同与验收》为固定模板，无法修改。本项目的合同条款及格式仅供参考，具体以实际签订合同内容为准。 7、解决问题途径: 本项目为电子投标，制作响应文件时请到自治区采购网首页自行学习操作方法（网站上有操作视频），如遇问题无法解决可直接联系软件公司咨询，包头技术支持0472-5228689，技术支持400-0471-010。 8、使用系统注意事项: 由于本项目采用电子系统招标，招标文件为系统模板，根据具体项目的情况无法准确描述，部分内容只可填空，不可更改。所以招标文件中有不适用之处，敬请谅解。如有问题，请及时联系采购代理机构。 9、开标注意事项: 本项目为远程开标，投标人需提前半小时登录系统进行各投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准，开标时远程解锁。开标时，各投标人必须保证电脑可正常登陆、解密。本项目设置解密、签章确认时限均为30分钟，如投标人在规定时间内无法解密，造成废标的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。
----	--

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1	△	其他医疗设备	细胞核型分析系统	套	1.00	600,000.00	600,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2		其他医疗设备	倒置相差生物显微镜	台	1.00	110,000.00	110,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3		其他医疗设备	研究级生物显微镜	台	1.00	100,000.00	100,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三

附表一：细胞核型分析系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1、品名、数量及用途 1.1 品名：细胞核型分析系统； 1.2 数量：1套； 1.3 用途：可观察普通染色、荧光标记切片，用于 G-、R-、Q-、和 DAPI 显带的中期图像，或其他染色方式的中期图像拍摄、细胞核型及荧光原位杂交分析，如外周血和羊水G带染色体分析、染色体数目和结构异常、X连锁疾病、先天性代谢缺陷病、先天畸形等； 2、工作条件 2.1 工作环境温度：-10℃～+40℃； 2.2 工作环境湿度：20～75%； 3、技术要求 ▲3.1 光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，国际标准物镜齐焦距离≤45mm，针对FISH应用的荧光光陷阱系统，有效降低背景，提高弱信号检测阈值； 3.2 调焦：同轴粗微调焦机构，带聚焦粗调上限锁定位置，调焦范围≥24mm，最小微调刻度单位≤4μm，内置免调节防下滑机构； 3.3 明场照明装置 ▲3.3.1 主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块的光强； 3.3.2 内置透射光科勒照明器，高亮度高显色性编码LED长寿命光源，显色指数>95，功率≥10W，强度适中，使用寿命>60000小时； 3.4 载物台：载物台无暴露齿条，耐磨阳极氧化表面，手柄松紧度可调，延伸长度≥15mm；用于单手操作的双玻片样品夹，减少用户频繁更换玻片； 3.5 观察镜筒 3.5.1 超宽视野三目镜筒，分光比100:0/0:100，视场数≥23mm，倾角30度； 3.5.2 目镜筒自由旋转、上下自由翻转，可实现≥40mm观察高度调节； 3.5.3 瞳距48-75mm可调； 3.6 目镜 3.6.1 10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm； 3.6.2 两个目镜均具有屈光度校正功能； 3.7 物镜 3.7.1 针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜； 3.7.2 增强反差型平场消色差物镜10×，数值孔径：NA≥0.30； 3.7.3 增强反差型平场消色差油镜100×，数值孔径：NA≥1.30； ▲3.7.4 物镜转换器：编码型物镜转换器≥6位，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度； ▲3.8 聚光镜：非摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。带科勒照明调整后锁定装置； 3.9 具有节能和延长照明寿命的模式； ▲3.10 机身具有快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速拍摄图像或视频； 3.11 荧光光源：长寿命120W金属卤化物荧光光源，使用寿命可达2000小时以上。无热效应液体光缆连接，光强可调； 3.12 机身集成透射光反射光电动光闸，一键切换荧光及透射光观察方式，切换到荧光时，透射光光闸自动关闭；

1

3.13高效荧光滤片组：红蓝绿三组滤色块；

3.14编码型荧光激发块转盘： ≥ 6 孔，复消色差荧光光路；

3.15 相机

3.15.1物理像素 ≥ 140 万的制冷数码相机；

3.16染色体核型分析功能：具多种样品的自动和交互性染色体分类和核型建立以及分析功能。应用高灵敏度制冷型CCD，有利中期染色体图像的采集。加上一系列的处理工具如增强、编辑（修改）、注释、档案保存以及图像打印和简洁的用户界面，满足常规工作和科研的不同需求；

3.16.1全中文界面，可输入中文病历数据，操作步骤简单，在分析本系统采集图像同时，也可对其他来源的中期图像进行染色体排队分析；

3.16.2中期界面和核型排队界面可同屏显示。在处理核型排队时，能同时显现所处理的染色体在中期相的位置；

3.16.3图像浏览和报告功能：一幅视窗可同时显示多幅核型及对应中期图像，具有实时图像预览功能，可随时修正图像；

3.16.4强大的增强和修改功能：自动或手动二值化控制、背景修正、自动背景杂质清除、局部放大，和阈值处理。文字及其他标签的注释。对中期图像也可进行局部修改，移动，复制，删除，灰度调整等；

▲3.16.5神经网络人工智能AI染色体核型分析的自动分割，自动分割准确率 $> 85\%$ ；自动排列准确率 $> 95\%$ ；

▲3.16.6智能学习功能：在安装多物种标准核型模板后，软件的智能学习功能可将每一次的核型分析数据进行再学习训练，进一步扩充识别数据库，不断提高核型分析的准确度；

3.16.7可智能化自动分离十字粘连染色体；

▲3.16.8软件具有学习记忆功能，能根据（G，R，C，Q，DAPI的显带）进行自动染色体分类；快速交互性的染色体和核型编辑功能；

3.16.9自动和交互性的染色体排列的旋转、移位、拉直；自动或人工干预识别着丝点；染色体结构畸变研究中的剪辑和粘贴；染色体图像缩放比例调整，可以同时或单个染色体对比度调整；

3.16.10核型、中期、实验报告可高分辨率打印；可选择不同核型的显示和中英文打印格式，任意修改和打印报告单；

3.16.11可通过任意的索引搜索特定的病例和细胞；

3.17荧光原位杂交图像处理功能

3.17.1配合研究级荧光显微镜使用，用于显微镜采到的图像处理分析；

3.17.2具备详细的操作界面，可对应于图片处理的每一步程序，软件拥有自上而下的操作过程指示，满足用户对操作过程尽量合理、简单的要求；

3.17.3可利用快捷键自动去除背景荧光，达到最佳图像效果；

3.17.4可在单通道荧光或组合荧光下对图像进行分析；

3.17.5强大的增强和修改功能：可自动或手动二值化控制、背景修正、自动背景杂质清除、局部放大，和阈值处理。可进行文字及其他标签的注释。对图像也可进行修改，移动，复制，删除，灰度调整等；

3.17.6以病人姓名或序号集成病人数据库，整合所有数据和图片库，方便进行回溯性研究；

3.17.7详细的数据库检索功能，方便用户调阅、查找相关的病人文字及图片信息；

3.17.8可自定义的用户诊断报告模版：全面的文档管理，保存原始的图像和全部的操作步骤，无限次可

	撤销任一操作； 3.18服务器 3.18.1 操作系统：Windows 10 64位专业版； 3.18.2 CPU:Inter i7； 3.18.3 硬盘≥256GB； 3.18.4 显示器尺寸≥24寸；
--	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二：倒置相差生物显微镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1、品名、数量及用途 1.1 品名：倒置相差生物显微镜； 1.2 数量：1台（套）； 1.3 用途：可观察各种器皿培养的活细胞、普通染色的切片等广泛生命科学领域的研究； 2、工作条件 2.1 工作环境温度：+10℃～40℃； 2.2 工作环境湿度：5%-85%； 3、技术要求 ▲3.1 光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离； 3.2 调焦：带扭矩调节装置，调焦行程≥15mm； 3.3 明场照明装置：内置透射光科勒照明器，6V 30W 卤素灯光源，光线柔和； 3.4 载物台：高抗磨损性圆角、无槽设计台面；面积≥200*239mm； ▲3.5 观察镜筒：三目镜筒，分光比50:50，视场数≥20mm，倾角≥45度；高眼点设计，目镜筒360度自由旋转，观察高度≥35mm，瞳距48-75mm可调； 3.6 目镜：10倍目镜，视场数≥20mm，双眼屈光度可调； 3.7 物镜：针对倒置显微镜应用优化的相差物镜； a 平场消色差相差物镜 4x/0.10 Ph0； b 平场消色差相差物镜10x/0.25 Ph1； 1 c 长工作距离平场消色差相差物镜 20x/0.3 Ph2； d 长工作距离平场消色差相差物镜 40x/0.5 Ph2； 3.8 物镜转换器：物镜转盘≥4位，一体化设计，增强光路稳定； 3.9 聚光镜：长工作距离聚光镜：NA≥0.3，工作距离≥72mm； 4、相机 4.1 像素≥830万像素； 4.2 测光方式：自动，手动，多点三种方式； 4.3 图像采集速度：通过HDMI传输，速度≥30幅/秒； 4.4 预览图像增强功能，自动锐化，自动降噪等； 5、显微图像控制及分析软件 5.1 相机控制、图像采集及分析在同一软件中文界面中实时控制； 5.2 具备基本的图像管理功能：编档图像优化处理（色彩管理，自动曝光，亮度、对比度调节等），标注，添加比例尺，长度、面积、角度、周长等几何测量等； 5.3 具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析； 5.4 具有手动多通道叠加、Z轴序列图像顺序播放、手动图像景深扩展、手动拼图、手动计数等功能； 5.5 图像及图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息； 5.6 背景扣除功能：实现非焦平面信号扣除； 5.7 电脑1台；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表三：研究级生物显微镜 是否允许进口：否	
参数性质	序号 具体技术(参数)要求

1	1、品名、数量及用途 1.1 品名：研究级生物显微镜； 1.2 数量：1套； 1.3 用途：可观察普通染色的切片，适合染色切片观察等广泛生命科学领域的研究； 2、工作条件 2.1 工作环境温度：+10℃～40℃； 2.2 工作环境湿度：20～75%； 3、技术要求 3.1 显微镜部分 3.1.1 光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离； 3.1.2 调焦：同轴粗微调焦机构，调焦范围≥15mm； 3.1.3 明场照明装置 a. 主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜的光强； b. 内置透射光科勒照明器，高亮度高显色性编码LED长寿命光源，显色指数>95，功率≥10W，使用寿命>60000小时； 3.1.4 载物台：载物台无暴露齿条，手柄松紧度可调，延伸长度≥15mm；用于单手操作的双玻片样品夹，减少用户频繁更换玻片，方便用户对比不同的玻片； 3.1.5 观察镜筒 a. 超宽视野双目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度； b. 目镜筒自由旋转、上下自由翻转，可实现≥40mm观察高度调节； c. 瞳距48-75mm可调； 3.1.6 目镜 a. 10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm； b. 两个目镜均具有屈光度校正功能； 3.1.7 物镜：针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜； a. 新型平场消色差物镜5×，数值孔径：NA≥0.15； b. 新型平场消色差物镜10×，数值孔径：NA≥0.25； c. 新型平场消色差物镜20×，数值孔径：NA≥0.45； d. 新型平场消色差物镜40×，数值孔径：NA≥0.65； e. 新型平场消色差油镜100×，数值孔径：NA≥1.25； ▲f. 物镜转换器：编码型物镜转换器≥5位，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度； ▲3.1.8 聚光镜：非摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作，带科勒照明调整后锁定装置； ▲3.1.9 具有节能和延长照明寿命的模式，当显微镜在空闲15分钟后自动进入待机状态，单击任何按钮，显微镜系统立即重新启动；
	说明
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包4（遥测监护系统）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30日内
标的提供的地点	包头市中心医院指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

付款方式	1期： 支付比例 90% ，验收合格后支付合同金额的 90% 2期： 支付比例 10% ，质保期满后无质量问题支付剩余 10%
验收要求	1期： 设备到货验收，设备运抵用户所在地现场后，用户与投标人共同完成开箱验货，验货结果双方认可。
履约保证金	不收取
其他	其他：1、 质保期按文件中具体要求，自仪器设备验收合格之日起计算。 2、 报价方式: 本次报价为总价报价，报价包括所供货物的设计、制造、供货、运输、安装调试、验收、保修、人员培训、售后服务、税费等所有费用。投标人应严格按照招标文件的格式认真填写价格表中各分项价格。响应报价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。响应报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，采购人将认为其响应报价已经包含该缺漏项报价。 3、最高限价： 本项目设有最高限价及分项最高限价，响应报价及最后报价不得超出招标文件中规定的最高限价及分项最高限价。 4、 报价其它说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 5、特别提示： 投标人制作响应文件时，不仅需要在投标软件中填写投标报价及分项报价，还需将投标报价表及分项报价表（按采购清单逐项填写单价、合价等）完整附在响应文件正文中。若响应文件正文不附报价表及分项报价表，造成废标，采购人及采购代理机构不承担任何责任。 6、合同条款及内容： 由于招标文件中《合同与验收》为固定模板，无法修改。本项目的合同条款及格式仅供参考，具体以实际签订合同内容为准。 7、解决问题途径： 本项目为电子投标，制作响应文件时请到自治区采购网首页自行学习操作方法（网站上有操作视频），如遇问题无法解决可直接联系软件公司咨询，包头技术支持 0472-5228689 ，技术支持 400-0471-010 。 8、使用系统注意事项： 由于本项目采用电子系统招标，招标文件为系统模板，根据具体项目的情况无法准确描述，部分内容只可填空，不可更改。所以招标文件中有不适用之处，敬请谅解。如有问题，请及时联系采购代理机构。 9、开标注意事项： 本项目为远程开标，投标人需提前半小时登录系统进行各投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准，开标时远程解锁。开标时，各投标人必须保证电脑可正常登陆、解密。本项目设置解密、签章确认时限均为 30 分钟，如投标人在规定时间内无法解密，造成废标的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	遥测监护系统	套	20.00	45,000.00	900,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一

附表一：遥测监护系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1、整机要求

1.1遥测发射盒重量不超过**265克**（含锂电池），无创血压模块重量不超过**240克**；

1.2遥测发射盒防水等级符合**IPX7**要求，无创血压模块防水等级符合**IP32**要求，抗跌落测试通过**1.5米**跌落测试，电击防护等级**CF**（包括**ECG**、**SpO2**和**NIBP**）；

1.3遥测发射盒采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸**≥3.5英寸**，屏幕分辨率**≥480 x 320**像素；

1.4遥测发射盒屏幕可同时显示至少**3**个参数和**2**道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数；

2、监测参数

2.1标配心电监护，提供**HR**，**ST**，**PVC**测量值；

2.2具有多参融合算法，良好的抗干扰性能；

2.3支持**≥3**通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析；

2.4具有抗运动算法，良好的抗干扰性；

2.5提供**3/5**导心电监护，最大支持**7**道**ECG**波形监测，心率测量范围：成人**15 - 300 bpm**，小儿**15 - 350 bpm**；

2.6心电波形波速提供**25 mm/s**、**12.5 mm/s**、**6.25 mm/s**可选；

2.7心电滤波模式提供监护模式（**0.5 - 40Hz**），**ST**模式（**0.05 - 40Hz**），运动模式（**1~20 Hz**）；

2.8提供**ST**段分析，提供**ST**值，和每个**ST**的模板。（中央站上显示）；

2.9提供**ST**图像化显示界面，可以快速查看**ST**值的变化。（中央站上显示）；

2.10提供单个，多个**ST**值报警，并支持相对的报警限设置；

2.11提供起搏分析；

1 2.12 具有**QT/QTc**测量功能，提供**QT**，**QTc**和**ΔQTc**参数值。（中央站上显示）；

2.13 **QTc**计算公式提供：**Bazett**，**Fridericia**，**Framingham**，**Hodges**；

2.14 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，**SVCs/min**等，标配支持**≥27**种实时心律失常分析；

3、系统功能

3.1采用声光双重三级报警系统；

3.2具有**LED**报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）；

3.3具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易；

3.4具有三种报警音；

3.5支持遥测发射盒和中央站上同时显示电池状态；

3.6遥测发射盒主界面上能够显示病人信息；

3.7支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警；

3.8中央站多床支持显示运动监测界面；

3.9支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能；

3.10支持给患者发送消息；

3.11支持在中央站上显示心电概览和生命体征概览功能；

3.12遥测发射盒可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于**110h**；

3.13集中充电器能够同时提供不少**10**块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯；

3.14遥测发射盒和无创血压模块（选配）支持共用同一个集中充电器；

3.15一块电池充电到**90%**的时间不大于**5**小时；

3.16 投标产品适用于成人、小儿的监测；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（显微外科成套手术器械等）：综合评分法
包2（手术动力系统）：综合评分法
包3（细胞核型分析系统等）：综合评分法
包4（遥测监护系统）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- （2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （3）对投标文件进行比较和评价；
- （4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
- （6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的

情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；
- (5) 法律、法规以及招标文件规定的其他情形。

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（显微外科成套手术器械等）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（手术动力系统）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
---	-----------------------	------	-----	--

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包3（细胞核型分析系统等）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包4（遥测监护系统）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

显微外科成套手术器械等

投标及保证金缴纳情况	本项目不收取保证金
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

手术动力系统等

投标及保证金缴纳情况	本项目不收取保证金
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

细胞核型分析系统等

投标及保证金缴纳情况	本项目不收取保证金
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。

其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形：围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。
遥测监护系统	
投标及保证金缴纳情况	本项目不收取保证金
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形：围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

显微外科成套手术器械等

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分

技术部分	技术指标 (30.0分)	投标设备技术参数清楚、明确，技术资料齐全，全部满足或优于第三章“招标内容与技术要求”中技术参数要求，无负偏差，满足招标文件要求最多得30分。▲重要技术条款有负偏离的每一项扣3分，一般技术条款有负偏离的每一项扣1分，扣完为止。技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审
	投标产品技术的资料 (5.0分)	响应文件中提供的技术资料是否齐全，进行评审：（1）厂家授权委托书、检验报告、产品介绍、产品特点描述等相关技术资料十分详细、全面，与提供货物完全匹配得5分；（2）厂家授权委托书、检验报告、产品介绍、产品特点等相关技术资料比较详细，与提供设备匹配得3-4分；（3）有简单的相关技术资料，基本满足项目需求得1-2分；（4）其他或无相关内容，不得分
	供货方案 (5.0分)	视供应商供货方案、供货进度保障措施以及特殊情况下的保管等主要保障措施等详细合理、可行情况进行评审：（1）方案全面、详细，针对性、可操作性强，能力完全满足项目要求，得5分；（2）方案较详细，可操作性较强，能力满足项目要求，得3-4分；（3）方案偏简单，可操作性一般，能力基本满足项目要求，得1-2分；（4）其他或无相关内容，不得分
	投标产品功能 (8.0分)	根据各供应商提供的投标产品进行综合评审，投标产品功能完善、技术先进、配置齐全、便于用户临床使用、操作方便，运行成本和维护费用低得5-8分，投标产品功能基本满足使用要求得1-4分。其他或无相关内容，不得分
	节能环保产品非强制类 (2.0分)	投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，有一个得1分，最高得2分
商务部分	业绩 (5.0分)	投标人近三年(2020年1月1日至今)投标产品或类似产品业绩(提供销售合同或中标通知书)每提供一份得1分，满分5分。内容不完整或不提供均不得分
	售后服务 (15.0分)	投标人需提供完善的售后服务保障方案：1) 售后服务内容及保障措施全面合理科学可行（0-3分）；2) 故障响应时间及故障处理措施，故障响应及时、故障处理措施充分为用户考虑，合理可行（0-3分）；3) 技术支持、技术指导、培训计划以为用户服务为出发点，全面详尽可行（0-3分）；4) 设备维护周期良好措施明确（0-3分）；5) 备品备件充足，有备品备件库（0-3分）
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

手术动力系统等

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分

技术部分	技术指标 (30.0分)	投标设备技术参数清楚、明确，技术资料齐全，全部满足或优于第三章“招标内容与技术要求”中技术参数要求，无负偏差，满足招标文件要求最多得30分。▲重要技术条款有负偏离的每一项扣3分，一般技术条款有负偏离的每一项扣1分，扣完为止。技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审
	投标产品技术的资料 (5.0分)	响应文件中提供的技术资料是否齐全，进行评审：（1）厂家授权委托书、检验报告、产品介绍、产品特点描述等相关技术资料十分详细、全面，与提供货物完全匹配得5分；（2）厂家授权委托书、检验报告、产品介绍、产品特点等相关技术资料比较详细，与提供设备匹配得3-4分；（3）有简单的相关技术资料，基本满足项目需求得1-2分；（4）其他或无相关内容，不得分
	供货方案 (5.0分)	视供应商供货方案、供货进度保障措施以及特殊情况下的保管等主要保障措施等详细合理、可行情况进行评审：（1）方案全面、详细，针对性、可操作性强，能力完全满足项目要求，得5分；（2）方案较详细，可操作性较强，能力满足项目要求，得3-4分；（3）方案偏简单，可操作性一般，能力基本满足项目要求，得1-2分；（4）其他或无相关内容，不得分
	投标产品功能 (8.0分)	根据各供应商提供的投标产品进行综合评审，投标产品功能完善、技术先进、配置齐全、便于用户临床使用、操作方便，运行成本和维护费用低得5-8分，投标产品功能基本满足使用要求得1-4分。其他或无相关内容，不得分
	节能环保产品非强制类 (2.0分)	投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，有一个得1分，最高得2分
商务部分	业绩 (5.0分)	投标人近三年(2020年1月1日至今)投标产品或类似产品业绩(提供销售合同或中标通知书)每提供一份得1分，满分5分。内容不完整或不提供均不得分
	售后服务 (15.0分)	投标人需提供完善的售后服务保障方案：1) 售后服务内容及保障措施全面合理科学可行 (0-3分) ;2) 故障响应时间及故障处理措施，故障响应及时、故障处理措施充分为用户考虑，合理可行 (0-3分) ；3) 技术支持、技术指导、培训计划以为用户服务为出发点，全面详尽可行 (0-3分) ;4) 设备维护周期良好措施明确 (0-3分) ;5) 备品备件充足，有备品备件库 (0-3分)
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

细胞核型分析系统等

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	技术部分 50.0分 商务部分 20.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	技术指标 (30.0分)	投标设备技术参数清楚、明确，技术资料齐全，全部满足或优于第三章“招标内容与技术要求”中技术参数要求，无负偏差，满足招标文件要求最多得 30分 。▲重要技术条款有负偏离的每一项扣 3分 ，一般技术条款有负偏离的每一项扣 1分 ，扣完为止。技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审
	投标产品技术的资料 (5.0分)	响应文件中提供的技术资料是否齐全，进行评审：（1）厂家授权委托书、检验报告、产品介绍、产品特点描述等相关技术资料十分详细、全面，与提供货物完全匹配得 5分 ；（2）厂家授权委托书、检验报告、产品介绍、产品特点等相关技术资料比较详细，与提供设备匹配得 3-4分 ；（3）有简单的相关技术资料，基本满足项目需求得 1-2分 ；（4）其他或无相关内容，不得分
	供货方案 (5.0分)	视供应商供货方案、供货进度保障措施以及特殊情况下的保管等主要保障措施等详细合理、可行情况进行评审：（1）方案全面、详细，针对性、可操作性强，能力完全满足项目要求，得 5分 ；（2）方案较详细，可操作性较强，能力满足项目要求，得 3-4分 ；（3）方案偏简单，可操作性一般，能力基本满足项目要求，得 1-2分 ；（4）其他或无相关内容，不得分
	投标产品功能 (8.0分)	根据各供应商提供的投标产品进行综合评审，投标产品功能完善、技术先进、配置齐全、便于用户临床使用、操作方便，运行成本和维护费用低得 5-8分 ，投标产品功能基本满足使用要求得 1-4分 。其他或无相关内容，不得分
	节能环保产品非强制类 (2.0分)	投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，有一个得 1分 ，最高得 2分
商务部分	业绩 (5.0分)	投标人近三年(2020年1月1日至今)投标产品或类似产品业绩(提供销售合同或中标通知书)每提供一份得 1分 ，满分 5分 。内容不完整或不提供均不得分
	售后服务 (15.0分)	投标人需提供完善的售后服务保障方案：1) 售后服务内容及保障措施全面合理科学可行（0-3分）；2) 故障响应时间及故障处理措施，故障响应及时、故障处理措施充分为用户考虑，合理可行（0-3分）；3) 技术支持、技术指导、培训计划以为用户服务为出发点，全面详尽可行（0-3分）；4) 设备维护周期良好措施明确（0-3分）；5) 备品备件充足，有备品备件库（0-3分）
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 50.0分 商务部分 20.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	技术指标 (30.0分)	投标设备技术参数清楚、明确，技术资料齐全，全部满足或优于第三章“招标内容与技术要求”中技术参数要求，无负偏差，满足招标文件要求最多得 30分 。▲重要技术条款有负偏离的每一项扣 3分 ，一般技术条款有负偏离的每一项扣 1分 ，扣完为止。技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审
	投标产品技术的资料 (5.0分)	响应文件中提供的技术资料是否齐全，进行评审：（1）厂家授权委托书、检验报告、产品介绍、产品特点描述等相关技术资料十分详细、全面，与提供货物完全匹配得 5分 ；（2）厂家授权委托书、检验报告、产品介绍、产品特点等相关技术资料比较详细，与提供设备匹配得 3-4分 ；（3）有简单的相关技术资料，基本满足项目需求得 1-2分 ；（4）其他或无相关内容，不得分
	供货方案 (5.0分)	视供应商供货方案、供货进度保障措施以及特殊情况下的保管等主要保障措施等详细合理、可行情况进行评审：（1）方案全面、详细，针对性、可操作性强，能力完全满足项目要求，得 5分 ；（2）方案较详细，可操作性较强，能力满足项目要求，得 3-4分 ；（3）方案偏简单，可操作性一般，能力基本满足项目要求，得 1-2分 ；（4）其他或无相关内容，不得分
	投标产品功能 (8.0分)	根据各供应商提供的投标产品进行综合评审，投标产品功能完善、技术先进、配置齐全、便于用户临床使用、操作方便，运行成本和维护费用低得 5-8分 ，投标产品功能基本满足使用要求得 1-4分 。其他或无相关内容，不得分
	节能环保产品非强制类 (2.0分)	投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，有一个得 1分 ，最高得 2分
商务部分	业绩 (5.0分)	投标人近三年(2020年1月1日至今)投标产品或类似产品业绩(提供销售合同或中标通知书)每提供一份得 1分 ，满分 5分 。内容不完整或不提供均不得分
	售后服务 (15.0分)	投标人需提供完善的售后服务保障方案：1) 售后服务内容及保障措施全面合理科学可行（0-3分）；2) 故障响应时间及故障处理措施，故障响应及时、故障处理措施充分为用户考虑，合理可行（0-3分）；3) 技术支持、技术指导、培训计划以为用户服务为出发点，全面详尽可行（0-3分）；4) 设备维护周期良好措施明确（0-3分）；5) 备品备件充足，有备品备件库（0-3分）
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

供应商代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

供应商代表签字：
年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

（项目名称）

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

（投标人名称）（盖章）

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、各类证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

二十一、各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。