

# 胃肠外科医疗设备购置项目

## 公开招标文件

采购单位名称：内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

采购代理机构名称：恒诺鼎诚项目管理有限公司

项目编号：**BTZCS-G-H-240334**

**2024年11月25日**

# 目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

恒诺鼎诚项目管理有限公司受内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院委托，采用公开招标方式组织采购胃肠外科医疗设备购置项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：胃肠外科医疗设备购置项目

项目编号：BTZCS-G-H-240334

采购计划备案号：包政采计划[2024]08492

### 2.内容及划分采购包情况

| 包号 | 货物、服务和工程名称 | 数量 | 采购需求   | 预算金额（元）      |
|----|------------|----|--------|--------------|
| 1  | 胃肠外科医疗设备购置 | 43 | 详见招标文件 | 1,896,850.00 |

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

### 4.本项目的特定资格要求：

合同包1（胃肠外科医疗设备购置）：

1)（1）投标人为生产厂商的须具有投标产品的医疗器械分类等级对应的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的须具有投标产品的医疗器械分类等级对应的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（2）本项目所招设备为国产设备，不接受进口产品投标。

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

### 其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称：恒诺鼎诚项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街86号时代广场C座901室

联系人：恒诺鼎诚项目管理有限公司

联系电话： 0472-2360517

采购单位名称： 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

地址： 包头市昆区林荫路41号

联系人： 梅莉斯

联系电话： 0472-2178297

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

| 序号 | 条款名称                       | 内容及要求                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 划分采购包情况                    | 共 <b>1</b> 包                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | 采购方式                       | 公开招标                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | 开标方式                       | 不见面开标                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | 评标方式                       | 现场网上评标                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | 评标方法                       | 包 <b>1</b> （胃肠外科医疗设备购置）：综合评分法                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6  | 获取招标文件时间                   | 详见招标公告                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7  | 保证金缴纳截止时间<br>（同投标文件提交截止时间） | 详见招标公告                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | 电子投标文件递交                   | 加密的电子投标文件 <b>1</b> 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： <b>400-0471-010</b> 转 <b>2</b> 键                                                                                                                                                               |
| 9  | 投标文件数量                     | （ <b>1</b> ）加密的电子投标文件 <b>1</b> 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）<br>（ <b>2</b> ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 <b>U</b> 盘（或光盘） <b>0</b> 份。<br>（ <b>3</b> ）纸质投标文件（正本） <b>0</b> 份；纸质投标文件（副本） <b>0</b> 份。                                                |
| 10 | 中标人确定                      | 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | 联合体投标                      | 包 <b>1</b> ： 不接受                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | 采购代理机构代理费用                 | 收取                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | 代理费用收取方式                   | 向中标/成交供应商收取                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | 代理费用收取标准                   | 收取。 采购机构代理服务收费标准：招标代理服务费参照内蒙古自治区工程建设协会文件【内工建协（2022）34 号】规定的收费标准收取                                                                                                                                                                                                 |
| 15 | 投标保证金                      | 胃肠外科医疗设备购置：保证金人民币： <b>0.00</b> 元整。                                                                                                                                                                                                                                |
| 16 | 电子投标文件<br>签字、盖章要求          | 应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ <b>CA</b> ）进行签字、加盖公章。<br>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。                                                                                                                                                                    |
| 17 | 投标客户端                      | 投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a> |

|    |              |                                                                      |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 18 | 是否专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业                                                       |
| 19 | 有效投标人家数      | 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。 |
| 20 | 报价形式         | 合同包1（胃肠外科医疗设备购置）：总价                                                  |
| 21 | 现场踏勘         | 否                                                                    |
| 22 | 其他           | 兼投兼中：-                                                               |

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

**2.1.1**投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

**2.1.2**投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

**2.1.3**投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

**2.1.4**缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

#### 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

**2.3**有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

**4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。**

### 三.说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.各参与方

**4.1“采购人”**是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院。

**4.2“采购代理机构”**是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指恒诺鼎诚项目管理有限公司。

**4.3“投标人”**是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

**4.4“评标委员会”**由采购人代表和评审专家组成。

**4.5“中标人”**是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

**5.1**符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

**5.2**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

**5.3**为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

**6.1**联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

**6.2**联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

**6.3**联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**6.4**联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

**6.5**以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

**6.6**联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

**6.7**如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

## 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五.投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效

期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

#### 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

#### 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

### 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

#### 1.开标

##### 1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

##### 1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

##### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

#### 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

胃肠外科医疗设备购置

|                           |                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 具有独立承担民事责任的能力             | 审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。                                                                                                                           |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。                                                                                                               |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | 审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。                                                                                                                     |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。                                                                                                               |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。                                                                                                           |
| 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。                                                                                              |
| 资格要求                      | （1）投标人为生产厂商的须具有投标产品的医疗器械分类等级对应的《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的须具有投标产品的医疗器械分类等级对应的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（2）本项目所招设备为国产设备，不接受进口产品投标。 |

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

## 1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

## 2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

## 3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

胃肠外科医疗设备购置采购：包括微孔板水平离心机、酶标板离心机、生物安全柜、常温离心机等设备采购，具体详见技术参数。

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（胃肠外科医疗设备购置）

1.主要商务要求

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标的提供的时间 | 自签订合同之日起至项目完全结束                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 标的提供的地点 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 投标有效期   | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 付款方式    | 1期：支付比例70%，设备到货验收安装调试完毕后，具体根据院方付款进度计划支付<br>2期：支付比例10%，安装调试合格满6个月，具体根据院方付款进度计划支付<br>3期：支付比例20%，质保期满后，具体根据院方付款进度计划支付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 验收要求    | 1期：符合国家、行业标准规定，满足采购人要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 履约保证金   | 不收取                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 其他      | 其他要求：1、本项目为电子标，制作投标文件时请到自治区采购网首页自行学习操作方法（网站上有操作视频），如遇问题无法解决可直接联系软件公司咨询，内蒙古自治区财政厅技术支持：0471-4192304，内蒙古自治区金财公司技术支持400-0471-010。 2、由于本项目采用电子系统招标，招标文件为系统模板，根据具体项目的情况无法准确描述，部分内容只可填空，不可更改。所以招标文件中有不适用之处，敬请谅解。如有问题，请及时联系采购代理机构。 3、本项目为远程开标，投标人需提前半小时登录系统签到，开标时远程解锁、确认。开标时，各供应商必须保证电脑可正常登陆、解密及签章。本项目 设置解密、签章确认、均为30分钟，如供应商在规定时间内无法解密或签章，造成废标的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。 4、关于纸质投标文件的要求：投标人中标后，须于成交结果公告后提供与电子响应文件内容完全一致的纸质响应文件3份（用于备案存档）。纸质响应文件要求由响应文件制作工具直接打印（内容必须完）、装订后并加盖单位公章，如与电子版响应文件内容不一致所引起一切法律责任及不良后果，由供应商自行承担，并记入诚信档案。打印注意事项：纸质响应文件要以胶装形式牢固装订。按招标文件中“响应文件格式”的顺序装订成册，牢固装订是指装订好的响应文件不至于在 翻阅时散开或用简单的方式将其中一项取出或将其他文件插入，各种活页装订、打孔式、塑料方便式书脊插入装订的不认为是牢固装订。 5、由于采购文件中《合同与验收》为固定模板，无法修改。本项目的合同条款及格式以实际签订内容为准。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品<br>（“△”） | 品目名称   | 标的名称               | 单位 | 数量    | 分项预算单价（元）  | 分项预算总价（元）  | 面向对象情况 | 所属行业 | 招标技术要求  |
|----|---------------|--------|--------------------|----|-------|------------|------------|--------|------|---------|
| 1  |               | 其他医疗设备 | 微孔板水平离心机           | 台  | 1.00  | 7,000.00   | 7,000.00   | 否      | 工业   | 详见附表一   |
| 2  |               | 其他医疗设备 | 酶标板离心机             | 台  | 1.00  | 11,000.00  | 11,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表二   |
| 3  |               | 其他医疗设备 | 医用冷藏箱              | 台  | 1.00  | 27,000.00  | 27,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表三   |
| 4  |               | 其他医疗设备 | 超低温保存箱（深低温冰箱-80度）  | 台  | 1.00  | 70,000.00  | 70,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表四   |
| 5  | △             | 其他医疗设备 | 水平离心机              | 台  | 1.00  | 21,000.00  | 21,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表五   |
| 6  |               | 其他医疗设备 | 组织研磨仪器             | 台  | 1.00  | 24,000.00  | 24,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表六   |
| 7  | △             | 其他医疗设备 | 移液枪                | 支  | 17.00 | 850.00     | 14,450.00  | 否      | 工业   | 详见附表七   |
| 8  |               | 其他医疗设备 | 立式压力蒸汽灭菌器（高温高压消毒锅） | 台  | 1.00  | 28,000.00  | 28,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表八   |
| 9  |               | 其他医疗设备 | 空气净化器              | 台  | 1.00  | 11,000.00  | 11,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表九   |
| 10 |               | 其他医疗设备 | 生物安全柜              | 台  | 1.00  | 39,000.00  | 39,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表一十  |
| 11 |               | 其他医疗设备 | 高温灭菌C02培养箱         | 台  | 2.00  | 24,000.00  | 48,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表一十一 |
| 12 |               | 其他医疗设备 | 细胞计数仪              | 台  | 1.00  | 38,000.00  | 38,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表一十二 |
| 13 |               | 其他医疗设备 | 倒置显微镜              | 台  | 1.00  | 170,000.00 | 170,000.00 | 否      | 工业   | 详见附表一十三 |
| 14 |               | 其他医疗设备 | 生物显微镜              | 台  | 1.00  | 140,000.00 | 140,000.00 | 否      | 工业   | 详见附表一十四 |
| 15 |               | 其他医疗设备 | 常温离心机              | 台  | 1.00  | 4,500.00   | 4,500.00   | 否      | 工业   | 详见附表一十五 |
| 16 |               | 其他医疗设备 | 倒置荧光显微镜            | 台  | 1.00  | 310,000.00 | 310,000.00 | 否      | 工业   | 详见附表一十六 |
| 17 |               | 其他医疗设备 | 台式冷冻离心机            | 台  | 1.00  | 13,000.00  | 13,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表一十七 |
| 18 |               | 其他医疗设备 | 超净台                | 台  | 3.00  | 19,000.00  | 57,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表一十八 |

|    |  |        |                   |   |      |            |            |   |    |         |
|----|--|--------|-------------------|---|------|------------|------------|---|----|---------|
| 19 |  | 其他医疗设备 | wb电泳仪(含电泳槽+转膜+电源) | 台 | 4.00 | 12,000.00  | 48,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表一十九 |
| 20 |  | 其他医疗设备 | 化学发光成像仪           | 台 | 1.00 | 90,000.00  | 90,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表二十  |
| 21 |  | 其他医疗设备 | 通风橱               | 套 | 1.00 | 18,000.00  | 18,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表二十一 |
| 22 |  | 其他医疗设备 | 高速离心机             | 台 | 1.00 | 10,000.00  | 10,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表二十二 |
| 23 |  | 其他医疗设备 | 超微量分光光度计          | 台 | 1.00 | 73,000.00  | 73,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表二十三 |
| 24 |  | 其他医疗设备 | 酶标仪               | 台 | 1.00 | 28,000.00  | 28,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表二十四 |
| 25 |  | 其他医疗设备 | 实时荧光定量PCR仪        | 台 | 1.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表二十五 |
| 26 |  | 其他医疗设备 | 梯度PCR             | 台 | 1.00 | 48,000.00  | 48,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表二十六 |
| 27 |  | 其他医疗设备 | 水平摇床              | 台 | 2.00 | 7,000.00   | 14,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表二十七 |
| 28 |  | 其他医疗设备 | 凝胶成像分析仪           | 台 | 1.00 | 51,000.00  | 51,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表二十八 |
| 29 |  | 其他医疗设备 | 制冰机               | 台 | 1.00 | 19,000.00  | 19,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表二十九 |
| 30 |  | 其他医疗设备 | 微型离心机             | 台 | 2.00 | 3,000.00   | 6,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表三十  |
| 31 |  | 其他医疗设备 | 涡旋混合器             | 台 | 1.00 | 1,800.00   | 1,800.00   | 否 | 工业 | 详见附表三十一 |
| 32 |  | 其他医疗设备 | 磁力搅拌器             | 台 | 1.00 | 7,000.00   | 7,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表三十二 |
| 33 |  | 其他医疗设备 | 快速转膜仪             | 台 | 1.00 | 86,000.00  | 86,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表三十三 |
| 34 |  | 其他医疗设备 | 程序降温盒             | 台 | 3.00 | 3,000.00   | 9,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表三十四 |
| 35 |  | 其他医疗设备 | 电子天平              | 台 | 1.00 | 3,500.00   | 3,500.00   | 否 | 工业 | 详见附表三十五 |
| 36 |  | 其他医疗设备 | 微型台式真空泵           | 台 | 3.00 | 1,900.00   | 5,700.00   | 否 | 工业 | 详见附表三十六 |
| 37 |  | 其他医疗设备 | 液氮生物容器            | 台 | 1.00 | 22,000.00  | 22,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表三十七 |
| 38 |  | 其他医疗设备 | 琼脂糖凝胶电泳槽(含电泳槽+电源) | 台 | 1.00 | 7,200.00   | 7,200.00   | 否 | 工业 | 详见附表三十八 |

|    |  |        |               |   |      |           |           |   |    |         |
|----|--|--------|---------------|---|------|-----------|-----------|---|----|---------|
| 39 |  | 其他医疗设备 | 超声波震荡器        | 台 | 1.00 | 1,000.00  | 1,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表三十九 |
| 40 |  | 其他医疗设备 | 动物实验手术器械      | 套 | 1.00 | 6,000.00  | 6,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表四十  |
| 41 |  | 其他医疗设备 | 电热鼓风干燥箱（恒温烘箱） | 台 | 1.00 | 5,500.00  | 5,500.00  | 否 | 工业 | 详见附表四十一 |
| 42 |  | 其他医疗设备 | 恒温水浴锅         | 台 | 2.00 | 2,100.00  | 4,200.00  | 否 | 工业 | 详见附表四十二 |
| 43 |  | 其他医疗设备 | 医用冷藏冷冻箱       | 台 | 2.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表四十三 |

附表一：微孔板水平离心机 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>▲1.角转子：2*96孔PCR板<br>2.最高转速：≥2500rpm<br>3.最大离心力：≥600g<br>▲4.外形尺寸：180mm±10mm x220mm±10mm x186mm±10mm |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                              |

附表二：酶标板离心机 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>主要技术指标：<br>▲1.最高转速：≥5500rpm<br>2.最大相对离心力：≥4900g<br>▲3.最大容量：≥4*250ml<br>4.定时范围：1min～99min<br>5.转速精度：±20r/min<br>6.支持电源：AC 220±22V 50Hz 10A<br>7.总功率：450W<br>8.整机噪音：≤67dB (A) |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                       |

附表三：医用冷藏箱 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |    | <p>技术参数：</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>一、主要指标</p> <p>1、温度区间在2～8℃范围内，微电脑控制。</p> <p>2、样式：立式、双门。</p> <p>3、有效容积（L）：&gt;750L。</p> <p>4、优化制冷系统设计，制冷高效。</p> <p>5、内胆材料：PCM钢板。</p> <p>6、箱体材料：PCM钢板。</p> <p>7、门体材质：电加热玻璃门。</p> <p>▲8、LED数码屏，可显示箱内温度和湿度，显示精度0.1℃。</p> <p>9、箱内5V照明灯。</p> <p>10、具有多个可调搁架，间距可调。</p> <p>11、门体标配机械锁。</p> <p>12、具有4个万向轮并有锁止功能。</p> <p>13、整机超级静音，噪音值≤45db(A)。</p> <p>14、声光报警功能：具备高低温报警、断电报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警、通讯故障报警等功能。</p> <p>15、多重保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、停机间隔保护等多重保护功能。</p> <p>16、标配蓄电池，断电情况下，可提供不少于24小时报警功能，实时显示箱内温度变化。</p> <p>17、标配远程报警接口和USB数据导出接口，具有自动存储功能。</p> <p>18、配置RS-485接口和打印机。</p> <p>19、箱体标配1个测试孔。。</p> <p>20、产品具有自动关门功能。</p> |
| 说明                             |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 附表四：超低温保存箱（深低温冰箱-80度） 是否允许进口：否 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 参数性质                           | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 1                                   | <p>技术参数:</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>一、主要指标:</p> <p>1、样式：立式，单门。</p> <p>2、有效容积(L)：&gt;700。</p> <p>3、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-80℃±5℃范围内。</p> <p>4、箱体材料：采用冷轧喷涂钢板。</p> <p>5、内胆材料：采用304不锈钢内胆。</p> <p>6、箱内配置3层不锈钢搁架，搁架承重≥70kg。</p> <p>7、配备4个内门。</p> <p>8、4道门封。</p> <p>▲9、一体式把手开关门。</p> <p>10、标配机械锁，可加挂锁。</p> <p>▲11、配备≥10英寸LCD触摸屏，直观显示箱内温度、环境温度、冷凝器温度、箱内温度曲线等数据，可连接wifi实现网络校时功能。</p> <p>12、具有数据下载功能。</p> <p>13、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、账户登录等信息。</p> <p>14、具有多重保护系统：开机延时保护、停机间隔保护、压机高温保护、压力过高保护、显示大屏密码保护、断电记忆数据保护等。</p> <p>15、配置物联模块，手机关注微信公众号、小程序等。</p> <p>16、具有密码屏幕解锁功能。</p> <p>17、具有多重报警系统：（声光报警方式）高低温报警、开门报警、断电报警、冷凝器高温报警、环温报警、电池电量低报警、通讯故障报警、传感器故障报警。配置远程报警接口。</p> <p>▲18、具有两套独立双压缩机系统。</p> <p>19、配置USB模块。</p> <p>20、配置蓄电池，具有断电温度报警功能。</p> <p>21、配置门框自动防凝露功能。</p> <p>22、配置RS-485接口和打印机。</p> <p>23、耗电量≤13.15kwh/24h。</p> <p>24、噪音≤50db(A)。</p> <p>25、具有4个万向轮并有锁止功能。</p> <p>26、配有两个测试孔（25mm），方便实验使用和监控箱内温度。</p> |
| 说明                 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 附表五：水平离心机 是否允许进口：否 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 参数性质               | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |   |                                                                                                                                                                       |
|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1 | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.最高转速：≥12000r/min<br>2.最大离心力：≥16270g<br>3.定时范围：1s～99h59min，可连续或短时间离心<br>4.噪音：≤65dB<br>5.控速精度：±20 rpm<br>6.▲温度控制范围：-20℃～40℃ |
|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表六：组织研磨仪器 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>▲1.显示方式：LCD（高清）触摸屏，标配2.0mlX48通量PE适配器<br>2.温度范围：室温<br>3.破碎原理：撞击力、摩擦力 噪音等级 <55db<br>4.振荡频率：0-70HZ/S 电源 AC 220±22V 50Hz 10A<br>▲5.破碎方式：垂直往复珠式研磨法；干磨，湿磨，预冷研磨均可<br>6.加/减速时间在2秒内达到最大速度/最低速度。<br>7.驱动方式：无刷直流电机 振荡时间 0秒-99分钟可调。<br>8.进料尺寸：根据适配器调节 具有编程功能可以升级<br>9.可选研磨珠：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂等 出料粒度为5μm+-0.1<br>10.带自动中心定位的紧固装置，工作室安全锁，全程保护研磨球直径 0.1-30mm |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表七：移液枪 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1. 具有数字视窗。<br>2. 量程：0.1-10000ul。<br>3. 有管嘴推出器。<br>4. 10ul以上规格配有可替换疏水性滤芯，可防止移液器内部污染和损坏。<br>5. 可拆卸式管嘴连件，具有化学防腐性，且可以高温高压灭菌。<br>▲6.具体规格量程是：0.1-2.5ul、0.5-10ul、2-20ul、5-50ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul、1-5ml、1-10ml |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表八：立式压力蒸汽灭菌器（高温高压消毒锅） 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|  |   |                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1 | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.容积：≥ 75L<br>2.功率：≥ 4700w<br>3.提篮数：≥ 2 个<br>4.汽水内循环<br>5.具有门安全联锁装置及门检测装置。<br>6.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有警示功能。<br>7.微电脑控制。<br>8.设备注水、升温、灭菌、排气整个流程全自动运行。<br>9.灭菌腔体温度均匀性：≤2℃。 |
|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表九：空气净化器 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.适用面积 ≥20m²<br>▲2.过滤效率 ≥99.9%（直径为0.3μm）<br>3.具有高亮度LCD显示屏，实时显示设备运行过程中的各项数据；<br>4.具有定时功能及过滤器更换报警；<br>5.具有断电记忆功能；<br>6.按键具有遥控控制功能 |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表一十：生物安全柜 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.外部尺寸（L*D*H）1500±10mm*755±10mm*2200±10mm；<br>▲2.系统排风总量：≥500 m³/h；<br>3.噪音等级：≤68dB（A）；<br>4.照明：≥1000 lx；<br>▲5.过滤效率≥99.999%；<br>6.前窗玻璃具有双层夹胶防爆安全玻璃；<br>7.具有脚踏电动、轻触按键、遥控电动三种控制方式；<br>8.具有前窗关闭双重触发信号，紫外灯杀菌消毒功能；<br>9.具有异物过滤结构。 |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表一十一：高温灭菌C02培养箱 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | 技术参数:<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.具有气套式触摸屏<br>2.工作室尺寸（L×D×H）：340±10mm×340±10mm×440±10mm<br>3.公称容积：≥48L<br>4.控温范围：Rt+5～60℃<br>5.温度波动：±0.3（@37）℃<br>6.温度均匀性：±0.5（@37）℃<br>7.浓度控制范围：0～20（vol%）<br>8.浓度控制误差：±1.0%（@5.0%±0.5%）<br>9.浓度均匀性：过滤效率达99.97%<br>10.灭菌方式：UV灭菌等<br>11.具有高效过滤器 |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表一十二：细胞计数仪 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | 技术参数:<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.具有细胞观察，智能分析，智能计数等功能，<br>2.精准计数、一键对焦，拍照等功能<br>▲3.可兼容不同计数板（尿沉渣计数板、血球计数板、培养皿培养板等）<br>▲4.平板，手机等都可操作、通过WiFi分享图片与数据<br>5.检测浓度范围：1*10 <sup>4</sup> ～3*10 <sup>7</sup> /ml<br>6.检测直径范围：5～200μm<br>7.检测样品体积：20μl |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表一十三：倒置显微镜 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>技术参数:</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>▲1.具有无限远色差校正光学系统;</p> <p>2.具有铰链三目观察头20°~45°可调倾角。</p> <p>3.具有高眼点大视野平场目镜PL10X, FOV≥20mm;</p> <p>▲4.具有DIC插槽的电动6孔转换器;</p> <p>5.具有电动载物台功能; 可适配35mm培养皿、切片观察</p> <p>6.具有物镜功能,齐焦距≤45mm, FOV≥22mm,</p> <p>长工作距平场半复消色差物镜 4X/≥0.13, WD≥17mm</p> <p>长工作距平场半复消色差正相衬物镜 10X/≥0.30, WD≥8.8mm</p> <p>长工作距平场半复消色差物镜 20X/≥0.45, WD可调范围6.5~7.6mm, 覆盖差0~2mm</p> <p>长工作距平场半复消色差物镜 40X/≥0.60, WD可调范围2.85~4.05mm, 覆盖差0~2mm</p> <p>长工作距平场半复消色差物镜 60X/≥0.70, WD可调范围1.42~2.10mm,覆盖差0~1.3mm</p> <p>7.具有倒置机架, 低手位粗微同轴电动调焦机构, 机身前置功能状态显示面板, 可实时显示显微镜物镜和滤色片孔位、亮度、光闸、各个光口等多个部件状态信息; 微调精度≤0.001mm</p> <p>8.具有机身集成电动控制功能, 可对亮度、物镜、内置电动左光口与目视光路等完成切换, 分光比多档可选;</p> <p>9.具有双层光路, 机身内部预留系统功能拓展空间;</p> <p>10.可倾斜透射照明支架, 透射柯拉照明系统, 聚光镜托架升降可调, 带有多组滤色片安装位置。</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表一十四：生物显微镜 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | <p>技术参数:</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>▲1.具有无限远色差校正光学系统。</p> <p>2.具有30°倾斜、倒像、无限远铰链三通观察头，</p> <p>▲3.具有内倾式6孔转换器，带DIC插槽，带亮度记忆功能。</p> <p>4.具有低手位复合式机械平台，面积≤188X167mm,移动范围≥80X55mm,双向线导轨传动。</p> <p>5.具有无限远平场消色差物镜： 4X/N.A.≥0.10, WD≥15.00mm； 10X/N.A.≥0.25, WD≥10.8mm； 20X/N.A.≥0.4, WD≥1.50mm； 40X/N.A.≥0.65, WD≥0.80mm。</p> <p>▲6.具有N.A≥1.1带可变光阑及孔径数标识的聚光镜。</p> <p>7.机身镜架上设计有工具存放装置，粗调行程≤25mm，微调精度≤0.001mm,带防止载物台下滑粗调带松紧调节装置；</p> <p>8.照明系统具有亮度记忆功能，宽电压，≥3W LED光源，亮度连续可调。</p> <p>9.具有≥800万像素彩色相机的成像系统。</p> |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表一十五：常温离心机 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                               |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.转速：3500r/min～4000r/min<br>2.离心力：≤2250xg<br>3.定时范围：1～99min<br>4.控速精度：±10r/min |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                          |

附表一十六：倒置荧光显微镜 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>▲1.具有无限远色差校正光学系统，齐焦距离≤46mm。<br>2.具有20°～45°可调倾角，无限远铰链双目观察头，瞳距调节范围50～76mm。<br>▲3.具有DIC插槽6孔电动转换器。<br>4.具有手动载物台；<br>5.具有长工作距平场半复消色差正相衬物镜：4X/NA≥0.13/WD≥17mm、10X/NA≥0.30/WD≥8.8mm<br>6.带校正环长工作距平场半复消色差正相衬物镜：20X/NA≥0.45/WD6.5～7.6mm/覆盖差0～2mm、40X/NA≥0.60/WD2.85～4.05mm/覆盖差0～2mm、60X/NA≥0.70/WD1.42～2.10mm/覆盖差0～1.3mm。<br>7、具有手动七孔位聚光镜，NA≥0.55，WD≥27mm；3孔用于φ30mm（相衬），4孔用于φ38mm（DIC）；支持明场、相衬、暗场、简易偏光、DIC观察，须带荧光挡光板。<br>8. 具有倒置机架,低手位粗微同轴电动调焦机构,带有荧光护目板。<br>9. 具有可倾斜透射照明支架，透射柯拉照明系统，聚光镜托架升降可调，行程不小于66mm，带有 多组滤色片安装位置，含毛玻璃组。<br>10. 具有≥10W冷色LED灯箱组，色温≥5000K。<br>11.具有八孔编码荧光转盘系统，带手动光闸装置。<br>12. 具有100W直流汞灯的荧光光源<br>▲13、成像系统须具备：<br>硬件：≥2000万像素、彩色相机，帧率17.5fps，靶面尺寸1.1"，分辨率≥4496*4496,USB3.0输出。<br>软件：专业荧光图像分析软件，须支持多色荧光合成及染料库管理；自由选择荧光通道做双通道、三通道合成；须支持形态学测量及比例尺、标注；支持荧光定量测量；支持采购要求的第三方相机接入；支持实时上伪彩。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

附表一十七：台式冷冻离心机 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 1                                   | <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>1. 具有电子门锁，可设定自动/手动停机开盖方式；</p> <p>2.具有高清液晶显示；</p> <p>3.具有超速、不平衡、超温、开盖停机等多项保护功能；</p> <p>4.可设定启动计时/到达转速计时模式，具有瞬时离心功能；</p> <p>▲6.具有至少10档以上升速减速功能，可根据样本不同进行设置；</p> <p>▲7.具有停机防回荡功能；</p> <p>▲8.具有可自由设定至少5级梯度离心功能；</p> <p>9.具有预冷功能；</p> <p>10.运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。</p> <p>11.转速：≥20000r/min</p> <p>12.转速偏差：±1%</p> <p>13.最大相对离心力：≥26000xg</p> <p>14.定时时间：1～99min59s</p> <p>15.温控范围：-20℃～-40℃</p> <p>16.温控精度：±2℃</p> |
| 说明                               | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 附表一十八：超净台 是否允许进口：否               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 参数性质                             | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | 1                                   | <p>技术参数：</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>1.气流流速达到0.30～0.45m/s；</p> <p>▲2.产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；</p> <p>3.照明：≥300 lx；</p> <p>4.洁净等级为ISO5（100级）；</p> <p>▲5.具有过滤功能，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%；</p> <p>6.采用轻触式控制面板开关；</p> <p>7. 具有紫外灯、风机预约定时功能； 紫外灯开机延时可调。</p>                                                                                                                                                                                       |
| 说明                               | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 附表一十九：wb电泳仪(含电泳槽+转膜+电源) 是否允许进口：否 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 参数性质                             | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | <p>技术参数:</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>电泳:</p> <p>1.具有<b>99.99%</b>高纯铂金电极</p> <p>2.具有开盖断电功能</p> <p>3.具有上盖限位功能</p> <p>4.可用于预制胶电泳</p> <p>5.凝胶厚度:<b>0.75mm、1mm、1.5mm</b>可选</p> <p>转膜:</p> <p>▲6.具有<b>99.99%</b>高纯铂金电极</p> <p>7.具有可同时转印两块大于<b>83mm*73mm</b>凝胶的功能</p> <p>8.具有有效转印凝胶面积大于<b>100mm×80mm</b>的功能</p> <p>▲9.具有核配、蛋白、转印、<b>SSR</b>、双向等电点聚焦等电泳实验的电源</p> <p>▲10.具有四组输出：可同时连接四个电泳槽</p> <p>11.分辨率：电压（<b>1V</b>） 电流（<b>1mA</b>） 功率（<b>1W</b>）</p> <p>12.定时范围： <b>1分钟～99小时59分钟</b></p> <p>13.温度检测： <b>-20℃～+85℃</b></p> <p>14.具有可编辑保存<b>10</b>个以上程序</p> <p>15.保护功能：过流 过载 过温 空载 短路负载突变保护功能</p> <p>16.具有触摸屏，显示时钟、计时、温度、运行状态及各种提示操作</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

附表二十：化学发光成像仪 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | <p>技术参数:</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>1.具有提前进行预曝光功能；</p> <p>2.具有自动曝光拍摄；</p> <p>3.软件具有图像自动优化功能，自动调整直方图；</p> <p>4.具有设定 <b>CCD</b> 的温度功能；</p> <p>5.具有图像管理功能，可实现黑白反转、<b>mark</b> 叠加功能，可以进行色阶手动调整，并可以保存修改后的图片。</p> <p>6.分析软件具有旋转、反色、裁剪、对比度等一系列图像分析功能，根据 <b>Marker</b> 条带自动计算任一条带的分子量、<b>OD</b> 值及条带含量等可对要求区域进行光密度计算</p> <p>▲7.具有 <b>F0.8</b>定焦镜头，<b>LED</b> 集成光源</p> <p>8.分辨率<b>≥600</b>万像素</p> <p>9.CCD尺寸：<b>1"</b>, 逐行扫描</p> |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

附表二十一：通风橱 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                     |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.外部尺寸（L×D×H）：1500±10mm×800±10mm×2515±10mm；<br>2.吸入口风速：0.3～0.8m/s；<br>▲3.系统排风量：≥920 m³/h；<br>4.噪音等级：≤69dB（A）；<br>5.照度：≥300 lx；<br>6.前视窗为手动视窗，高度可调；<br>7.控制面板采用轻触式开关。 |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                            |

附表二十二：高速离心机 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                  |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.最高转速：14000r/min～16000r/min<br>2.最大离心力：≤21700×g<br>3.定时范围：1～99h59min，可连续或短时间离心<br>4.控速精度：±20 rpm |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                         |

附表二十三：超微量分光光度计 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.光源波长范围：190～900 nm<br>2.全波长扫描范围：200～800 nm<br>3.上样量：0.3～2.5 μl<br>▲4.光程：0.02～1.0 mm，自动切换，最小0.02 mm<br>5.光源须为氙灯<br>▲6.具有紫外增强型CMOS线阵传感器<br>7.波长精度：±1 nm<br>8.波长重复性：≤±0.2 nm<br>9.波长分辨率：≤2 nm<br>10.吸光度精确度：0.002 A<br>11.吸光度准确度：±1%（7.332 A @ 260 nm）<br>12.核酸检测范围：1.5～37500 ng/μl（dsDNA），检测下限1.5 ng/μl<br>13.核酸、蛋白检测参数：开放参数编辑，可自定义核酸、蛋白参数进行检测<br>14.检测时间：3～6 s |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表二十四：酶标仪   是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.波长范围：400～750nm<br>▲2.滤光片：405、450、492、630nm标准滤光片；滤光盘支持装载≥10片滤光片<br>3.读数范围：0～3.000Abs<br>4.线性范围：0～3.000Abs<br>5.稳定性：≤±0.003Abs<br>6.吸光度准确度：吸光度值为[0.0～1.0]时，误差≤±0.02Abs吸光度值为（1.0～2.0]时，误差≤±0.03Abs<br>7.波长示值误差：≤±2nm<br>8.波长重复性：≤±1.5nm<br>9.灵敏度：≥0.01mg/L<br>10.通道差异：≤0.02Abs<br>11.具有振板功能：振板时间0～255s可调，误差±2s |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表二十五：实时荧光定量**PCR**仪   是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 | <p>技术参数：</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>▲1.具有半导体升降温技术，要求变温速率<math>\leq 6</math>度/秒。</p> <p>▲2.具有T-Optical™顶部检测技术。</p> <p>3.屏幕角度可90度调节。</p> <p>4.具有可同时检测96个及以上样品。</p> <p>▲5.具有10寸以上高清真彩全触控液晶屏。</p> <p>6.可完成绝对定量，熔解曲线，相对定量、基因分型和阴阳性判定等分析。</p> <p>7.具有可适用0.1ml白色单管，0.1ml*8联排管和0.1ml*96孔板的样品台。</p> <p>8.样品台温度范围：0℃～105℃，具有温度梯度功能。</p> <p>9.样品台温度均匀性<math>\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}</math>，温控精度<math>\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}</math>。</p> <p>10.动态范围：1～1010，灵敏度：<math>\geq 1</math>个拷贝。</p> <p>11.六个荧光检测通道，可检测的荧光素基染料：通道1：FAM，SYBR Green；通道2：VIC，HEX，JOE，CY3，TET；通道3：ROX，TEXAS-RED，TAMRA；通道4：CY5，Quasar670；通道5：CY5.5；通道6：可定制。</p> <p>12.具有远程控制和管理。</p> <p>13.荧光激发波长：400～800nm。</p> <p>14.荧光检测波长：500～800nm。</p> |
| 说明 |   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

附表二十六：梯度PCR 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | <p>技术参数：</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>1.具有高清真彩全触控液晶屏。</p> <p>▲2.具有高级半导体芯片，循环次数可达一百万次以上</p> <p>▲3.具有多功能模块：9677模块+原位载盘，可做常规、梯度和原位PCR。</p> <p>▲4.具有最大升温速度：6℃/秒；最大降温速度：5℃/秒。</p> <p>5.样品台温度范围：0℃～105℃；梯度温度范围：30℃～105℃；梯度温度均匀性：<math>\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}</math>，梯度温差范围：0.1℃～42℃。</p> <p>6.具有可储存15,000个以上PCR标准程序，还可通过U盘下载程序或升级软件。</p> <p>7.具有多用户登录并有密码保护、有TM计算器、有程序向导功能，可具有远程控制功能。</p> |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

附表二十七：水平摇床 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | <p>技术参数：</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>▲1.转速范围：30～300r/min</p> <p>2.振幅：<math>\geq \varnothing 20\text{mm}</math></p> <p>3.振荡方式：水平回旋运动</p> <p>4.定时范围：0～1999min</p> <p>5.具有实现定时、定速及持续运转模式。</p> <p>6.具有智能控速功能</p> <p>7.具有智能低速启动功能</p> <p>8.具有断电恢复功能</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

附表二十八：凝胶成像分析仪 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | <p>技术参数：</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>1.具有紫外微距感应式智能断电保护功能；</p> <p>▲2.具有植物叶片拍照分析功能；</p> <p>3.CCD分辨率：500万像素，像素密度16bit；</p> <p>4.帧率：<math>\geq 30</math>；</p> <p>5.图像分辨率：水平、垂直：600DPI；</p> <p>7.接口：USB3.0；</p> <p>8.曝光时间：1ms～180s；</p> <p>9.具有对样品曝光功能，可进行图片叠加处理。</p> <p>▲10.具有6倍光学变焦镜头，可变大口径高通透镜头F1.2；</p> <p>11.具有凝胶专用镀膜滤光镜；</p> <p>12.具有带紫外微距感应式智能断电保护功能；</p> <p>▲13.具有测量参数包括叶面积、叶周长、叶片长、叶片宽、长宽比、叶柄长、叶柄宽、累加面积、平均面积，可手动进行植物叶片相关的各种尺寸、面积、夹角等测量。具有自动图像校正与自动测量标定特性。结果可输出至EXCELL表格。</p> <p>14.具有全自动的大批量分析计算叶面积，以叶片目标边缘标记来核对其正确性。可同时分析文件夹内多张照片的叶片面积，可分析每张照片内多片叶面积。</p> <p>▲15.具有内嵌式里翻白光透射板：小麦类加考染胶，内嵌式里翻白光透射板，具有光纤冷发光技术，光密度均匀，12V安全电压；。</p> <p>16.具有<math>\leq 0.1\text{mm}</math>分辨率，可分析小至<math>1\text{mm}^2</math>的叶片，分析误差<math>\leq 0.5\%</math>（10mm半径圆），面积测量精度：小于<math>\pm 2\%</math>（10mm半径圆）。</p> |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

附表二十九：制冰机 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|    |   |                                                                                                                                  |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.产冰能力≥150kg/24h<br>2.产品功率：≥600W/220V<br>3.储冰容量≥40kg<br>4.冷却方式：风冷<br>5.冰的形状：不规则的细小颗粒碎冰 |
| 说明 |   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                              |

附表三十：微型离心机 是否允许进口：否

|      |    |                                                                                                                                         |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                              |
|      | 1  | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.转速：7000r/min～7200r/min<br>2.最大离心力：≤3576xg<br>3.定时范围：0s～99min59s<br>4.控速精度：±3%<br>5. 功率：≥60W |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                     |

附表三十一：涡旋混合器 是否允许进口：否

|      |    |                                                                                                                          |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                               |
|      | 1  | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.转速：200～3000rpm<br>2.精度：±5rpm<br>3.时间：0～9999 min<br>4.振幅范围：≤ 4mm<br>5.振荡方式：圆周 |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                      |

附表三十二：磁力搅拌器 是否允许进口：否

|      |    |                                                                                                                                      |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                           |
|      | 1  | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.搅拌点位数量：≥1<br>2.最大搅拌量(水)：≤3L<br>3.搅拌子最大尺寸：≤50mm<br>4.转速范围：150～1600rpm<br>5.加热温度范围：室温-280℃ |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表三十三：快速转膜仪 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | <p>技术参数：</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>1.具有适用于小型聚丙烯酰胺凝胶的快速转膜功能</p> <p>2.具有液晶显示、报警、轻触按键及 LED 灯</p> <p>3.材 料： ABS， PC， 不锈钢， 硅胶</p> <p>4.工作温度： 15～40℃</p> <p>5.具有独立2通道，可同时使用不同的转膜程序。</p> <p>▲6.具有时间设定功能</p> <p>7.数据存储：记录器支持循环记录、数据存储、操作界面；</p> <p>8.相对湿度：相对湿度10～70%</p> <p>▲9.具有7个及以上软件程序，包括3个预设程序Short、Standard和Long，可灵活自定义，根据实际需求实现大小分子量蛋白的高效转膜。</p> <p>▲10.仪器具备自清洗功能</p> <p>11.转膜腔室材质须为带涂层的铝合金</p> |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表三十四：程序降温盒 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                        |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | <p>技术参数：</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>▲1.可以容纳 30 根以上1～2 毫升的冻存管</p> |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表三十五：电子天平 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                          |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | <p>技术参数：</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>▲1.称量范围： 0～300g</p> <p>2.可读性： 1mg</p> <p>3.准确级别：Ⅱ级</p> <p>4.稳定时间： ≤4S</p> <p>▲5.校准方式： 外部校准</p> |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表三十六：微型台式真空泵 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|      |    |            |

|    |                                     |                                                                                                 |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.抽气速度：≥6L/min<br>2.负压调节：0～0.08mpa<br>3.吸液瓶容量：≥1000ml |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                 |

附表三十七：液氮生物容器 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.具有加锁功能,方便维护的锁盖<br>2.具有多层方形提筒；<br>3.罐体容积：110L～115L<br>4.罐体口径:220mm(±5mm)<br>5.静态液氮蒸发量:≤0.95L/D<br>6.静态液氮保存期:>120天<br>7.罐体总高:≥950mm<br>8.罐体外径:≥675mm<br>9.2ml冻存管数量≥3600ea<br>10. 10×10方提桶数量:≥6ea<br>11. 方提桶层数:≥6层<br>12. 10×10 2ml冻存盒<br>13. 10×10 2ml冻存架<br>14. 提桶数量（25ml单个）:30ea<br>15. 冻存架层数:≥3ea<br>16. 血袋数量:≥90ea<br>17.提桶数量（25ml多个）:≥7ea<br>18.冻存架层数:≥3ea<br>19.冻存盒并列数量:≥10ea<br>20.血袋数量:≥210ea |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

附表三十八：琼脂糖凝胶电泳槽(含电泳槽+电源) 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | <p>技术参数:</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>1.电泳槽具有<b>99.99%</b>高纯铂电极</p> <p>2.凝胶面积：大胶<b>120mm*120mm</b>；宽胶<b>120mm*60mm</b>、长胶<b>60mm*120mm</b>；<br/>小胶<b>60mm*60mm</b></p> <p>3.缓冲液容积：<b>700mL±50mm</b></p> <p>4.具有核配、蛋白、转印、<b>SSR</b>、双向等电点聚焦等电泳实验的电源</p> <p>▲5.具有四组输出：可同时连接四个电泳槽</p> <p>6.定时范围：<b>1分钟～99小时59分钟</b></p> <p>7.温度检测：<b>-20℃～+85℃</b></p> <p>8.具有可编辑保存<b>10</b>个以上程序</p> <p>9.保护功能：过流 过载 过温 空载 短路负载突变保护功能</p> <p>10.具有触摸屏，显示时钟、计时、温度、运行状态及各种提示操作</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

附表三十九：超声波震荡器 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                     |
|      | 1                                   | <p>技术参数:</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>1.容量：<b>≥2L</b></p> <p>2.频率：<b>≥40KHz</b></p> <p>3.功率：<b>≥80W</b></p> <p>4.时间可调</p> <p>5.具有网架</p> <p>6.具有降音盖</p> <p>7.具有设定超声清洗时间</p> <p>8.具有工作时间倒计时显示</p> |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                |

附表四十：动物实验手术器械 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>技术参数:</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>1.开睑器: 丝状,52mm*13.5mm</p> <p>2.晶体定位钩: 110,右角弯头10mm*0.15mm</p> <p>3.晶体定位钩: 120mm*0.15mm,角型,直,T形头</p> <p>4.虹膜复位器: 冲洗式</p> <p>5.烧灼止血器:(烧灼器) 120,角弯头7</p> <p>6.注吸器: 左向双并管,7#,孔径0.30mm</p> <p>7.注吸器: 右向双并管,7#,孔径0.30mm</p> <p>8.晶体线环: 120mm*3mm*8mm,直</p> <p>9.虹膜复位器:120mm*14mm*0.5mm,</p> <p>10.弧形头缝线结扎镊(眼用结扎镊): 85mm*6mm*0.12mm,直,1mm*2mm齿</p> <p>11.系线镊: 85mm*6mm,直,标准</p> <p>12.系线镊: 85mm*12mm*6mm*45°,平台,标准</p> <p>13.晶体植入: 镊哈夫式,120 圆弯,平头,精细,簧式扁柄</p> <p>14.显微眼用镊(无损伤镊): 85mm*0.25mm,直,带台,半圆槽,标准</p> <p>15.显微眼用剪(维纳斯剪): 82,头长9.5mm,锐尖,直</p> <p>16.显微眼用剪(维纳斯剪): 82,头长9.5mm,锐尖,弯</p> <p>17.膜状内障剪: 108,头长12.5mm,锐尖,直型</p> <p>18.角膜剪:116mm*16mm 弯,圆柄</p> <p>19.眼用显微持针钳: 115mm*11mm,弯尖头,不带锁</p> <p>20.刀片夹持器: 120,直</p> <p>21.注吸器手柄:90,B型</p> <p>22.撕囊镊: 105mm*10mm,角弯45°弧头,圆柄</p> <p>23.消毒盒: 260mm*160mm*20mm (±5)。</p> <p>用途: 用于动物实验操作。</p> |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十一： 电热鼓风干燥箱（恒温烘箱） 是否允许进口： 否

| 参数性质 | 序号                                                                                                                                                                                     | 具体技术(参数)要求 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | <p>技术参数:</p> <p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）</p> <p>1.控温范围℃: Rt+10~300</p> <p>2.温度均匀度℃: ≤最高温度±2.5%</p> <p>3.温度波动度℃: ±1</p> <p>4.温度显示分辨力℃: ≤0.1</p> <p>5.容积L: ≥140</p> <p>6.隔板: ≥3</p> |            |
|      |                                                                                                                                                                                        |            |

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十二： 恒温水浴锅 是否允许进口： 否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>1.控温范围 :RT+5℃～99.9℃<br>2.温度波动度:≤±0.5℃<br>3.温度均匀性:≤±0.5℃<br>4.定时功能: 1～999min<br>5.容积: ≥20L |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                     |

附表四十三：医用冷藏冷冻箱 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 技术参数：<br>▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）<br>一、主要指标：<br>1.样式：立式，上下双门。<br>2.有效容积(L)：≥500L（冷藏室：≥245L，冷冻室：≥255L）。<br>3.采用内置式+微通道双冷凝器，碳氢环保制冷剂。<br>4.采用高精度微电脑温度控制系统，双数码管独立显示温度、各项报警、各项设定参数、环境温度<br>▲5.采用双压机独立双系统：冷藏室和冷冻室可独立控制、运行。<br>6.具有数字温度显示，显示冷藏和冷冻温度，可通过调整设定温度使箱内冷藏温度恒定控制在2～8℃；冷冻温度-10℃到-30℃可调；冷藏冷冻均可调。<br>7.冷藏室箱内温度波动≤2℃。<br>▲8.冷藏室箱内均匀性在±1.5℃。<br>▲9.冷冻室温度均匀性在±1.5℃。<br>10.具有声光报警功能：可进行冷藏室开门报警、高温报警、低温报警、电池电量低报警、环温报警、断电报警、传感器等故障报警。具有远程报警功能。<br>11.具有多重保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护，确保设备的安全稳定。<br>12.标配机械锁，可加外挂锁。<br>13.箱体配备两个测试孔，冷藏冷冻各一个。<br>14.冷藏室冷冻室配备搁架。<br>15.具有蓄电功能，断电后持续记录箱内温度并进行声光报警，可以维持≥24小时屏幕供电。<br>16.配备USB数据存储模块。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

包1（胃肠外科医疗设备购置）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

**6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：**

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

**7. 投标无效的情形**

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**8. 废标的情形**

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

**9. 定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

**二. 落实政府采购政策**

**1. 节约能源、保护环境**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

**2. 促进中小企业发展**

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（胃肠外科医疗设备购置）

| 序号 | 情形                    | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式                                                                                                               |
|----|-----------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体 | 20%    | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

## 符合性审查表

胃肠外科医疗设备购置

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）                                              |
| 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                   |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。   |
| 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。                                           |
| 联合体投标       | 符合关于联合体投标的相关规定                                                          |
| 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

### 2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

### 5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

胃肠外科医疗设备购置

| 评审因素 | 评审标准                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 分值构成 | 技术部分 <b>60.0</b> 分<br>商务部分 <b>10.0</b> 分<br>报价得分 <b>30.0</b> 分 |

|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术部分 | 技术指标响应 (20.0分) | 根据所投产品技术参数的详细描述及佐证材料等进行评审。投标人需要提供检测报告或鉴定证书、或技术白皮书或说明书，或网站截图、或产品彩页或投标人认为需要提供的其他技术资料进行评审。标注“▲"的为重要技术参数，有一项不满足或负偏离的扣1分。其他技术参数每有一项不满足或负偏离的扣0.5分，扣完20分为止。注： 为方便评标，投标人在投标文件中应标明相应佐证材料的位置、名称、页码、用于佐证第几条，并在佐证材料上使用明显标记。                                                           |
|      | 项目实施方案 (8.0分)  | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案内容评审，方案应能充分体现招标人的需求。包括但不限于以下内容：（1）项目实施计划；（2）项目组织机构建设；（3）人员管理及制度；（4）货物运输、装卸及仓储保管方案，，内容不少于以上四项，单项方案评审规则： 单项方案内容编制规范、完整，语言通顺简练的得2分；语言表述清晰，只存在个别不影响整体方案质量的缺陷得1分，单项方案未提供不得分。满分8分。（缺陷是指：方案或措施内容或缺少关键节点、内容前后矛盾、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）                      |
|      | 质量保障措施 (8.0分)  | 根据投标人针对本项目提供的质量保障方案内容评审，方案应能充分体现招标人的需求，简单易用、细节完善。包括但不限于以下内容：（1）质量管理方案；（2）技术保障措施；（3）质量保障承诺；（4）质量保障措施；内容不少于以上四项，单项方案评审规则：单项方案内容编制规范、完整，语言通顺简练的得2分；语言表述清晰，只存在个别不影响整体方案质量的缺陷得1分，单项方案未提供不得分。满分8分。整体方案内容编制存在严重缺陷或未提供的不得分。（缺陷是指：方案或措施内容或缺少关键节点、内容前后矛盾、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）  |
|      | 安装调试方案 (8.0分)  | 根据供应商针对本项目提供的运输及安装调试方案内容评审，包括但不限于以下内容：（1）设备安装调试计划；（2）安装调试人员安排；（3）安装调试规程及制度；（4）安装调试安全保障；（5）安装调试质量验收，内容不少于以上四项内容，单项方案评审规则：单项方案内容编制规范、完整，语言通顺简练的得2分；语言表述清晰，只存在个别不影响整体方案质量的缺陷得1分，单项方案未提供不得分。满分8分。整体方案内容编制存在严重缺陷或未提供的不得分。（缺陷是指：方案或措施内容或缺少关键节点、内容前后矛盾、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 售后服务方案 (8.0分)  | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案内容进行评审，方案应能充分体现采购人的需求。包含但不限于以下内容：（1）售后服务方案；（2）售后服务计划；（3）故障响应及运维巡检方案；（4）备品备件方案，内容不少于以上四项，单项方案评审规则：单项方案内容编制规范、完整，语言通顺简练的得2分；语言表述清晰，只存在个别不影响整体方案质量的缺陷得1分，单项方案未提供不得分。满分8分。整体方案内容编制存在严重缺陷或未提供的不得分。（缺陷是指：方案或措施内容或缺少关键节点、内容前后矛盾、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|      | 培训方案 (8.0分)    | 根据投标人针对本项目提供的培训方案内容进行评审，方案应能充分体现采购人的需求。包含但不限于以下内容：（1）定期培训方案；（2）培训计划；（3）培训服务承诺；（4）培训人员安排，内容不少于以上四项，单项方案评审规则：单项方案内容编制规范、完整，语言通顺简练的得2分；语言表述清晰，只存在个别不影响整体方案质量的缺陷得1分，单项方案未提供不得分。满分8分。整体方案内容编制存在严重缺陷或未提供的不得分。（缺陷是指：方案或措施内容或缺少关键节点、内容前后矛盾、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）          |
| 商务部分 | 类似业绩 (7.0分)    | 投标人提供近三年 (2021年11月1日至投标文件递交截止时间) 具有类似项目业绩 (依据清晰可辨的合同书原件扫描件加盖公章为准，以合同签订时间为准，未提供或提供不齐全或扫描件不清晰无法辨认的不得分)，有一项得1分，最多得7分。                                                                                                                                                    |
|      | 认证证书 (3.0分)    | 投标人具有绿色认证、环保认证、节能认证证书且在有效期内的，每提供一项得1分，本项最多得3分，否则不得分。（评审时需提供证书原件扫描件加盖公章，未提供或提供不齐全或扫描件不清晰无法辨认的不得分）                                                                                                                                                                      |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。                                                                                                                                                            |

最低评标价法：无。

## 6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一、合同

#### 1、合同要求

**1.1**采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

**1.2**政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

**1.3**采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

**1.4**采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**1.5** 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同格式及内容

### 政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：\*\*\*（填写采购单位名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

乙方：\*\*\*（填写中标、成交投标人名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：\_\_\_\_\_。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：\_\_\_\_\_

（二）交付地点：\_\_\_\_\_填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：\_\_\_\_\_

（四）乙方交付货物代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：\_\_\_\_\_。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后\_\_\_\_\_日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

# 政府采购合同

## （服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：\*\*\*（填写采购单位名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

乙方：\*\*\*（填写中标、成交投标人名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

\_\_\_\_\_。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：\_\_\_\_\_

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：\_\_\_\_\_

（三）服务地点：\_\_\_\_\_（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）。

### 七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

### （三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                             |
| 项目编号                      |                                                                                                                             |
| 采购人                       |                                                                                                                             |
| 使用人                       |                                                                                                                             |
| 投标人                       |                                                                                                                             |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书<br>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书<br>4.投标（响应）文件<br>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                        |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。                                                                                           |
| 验收人员名单及组成                 | 1. 采购人代表：<br>2. 采购代理机构代表：<br>3. 第三方专业机构代表及专家：<br>4. 其他投标人代表：                                                                |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：                                                   |
| 验收人员签字                    | 年 月 日                                                                                                                       |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日                                         |
| 备注                        |                                                                                                                             |

采购人代表签字：  
年 月 日

投标人代表签字：  
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                             |
| 项目编号                      |                                                                                                                             |
| 采购人                       |                                                                                                                             |
| 使用人                       |                                                                                                                             |
| 投标人                       |                                                                                                                             |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书<br>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书<br>4.投标（响应）文件<br>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                        |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。                                                                                           |
| 验收人员名单及组成                 | 1. 采购人代表：<br>2. 采购代理机构代表：<br>3. 第三方专业机构代表及专家：<br>4. 其他投标人代表：                                                                |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：                                                   |
| 验收人员签字                    | 年 月 日                                                                                                                       |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日                                         |
| 备注                        |                                                                                                                             |

采购人代表签字：  
年 月 日

投标人代表签字：  
年 月 日

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)  
投标文件

项目编号：  
包 号： 第    包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年    月    日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）的招标，项目编号：\_\_\_\_\_，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

招标投标人在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号  | 采购项目名称/包名称 | 投标总报价（元） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
|-----|------------|----------|--------|---------|
| 1   |            |          |        |         |
| 2   |            |          |        |         |
| ... |            |          |        |         |

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号  | 采购项目名称/包名称 | 上浮/下浮率（%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
|-----|------------|-----------|--------|---------|
| 1   |            |           |        |         |
| 2   |            |           |        |         |
| ... |            |           |        |         |

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号  | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
|-----|-----|------|------|----|----|-------|----|----|----|
| 1-1 | 1   |      |      |    |    |       |    |    |    |
| 1-2 | 2   |      |      |    |    |       |    |    |    |
| ... | ... |      |      |    |    |       |    |    |    |

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号  | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 上浮/下浮率（%） | 总价 |
|-----|-----|------|------|----|----|-------|----|----|-----------|----|
| 1-1 | 1   |      |      |    |    |       |    |    |           |    |
| 1-2 | 2   |      |      |    |    |       |    |    |           |    |
| ... | ... |      |      |    |    |       |    |    |           |    |

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
|-----|----|------|------|------|------|------|----|----|----|
|-----|----|------|------|------|------|------|----|----|----|

|     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1-1 | 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 2   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号  | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 上浮/下浮率（%） | 总价 |
|-----|-----|------|------|------|------|------|----|----|-----------|----|
| 1-1 | 1   |      |      |      |      |      |    |    |           |    |
| 1-2 | 2   |      |      |      |      |      |    |    |           |    |
| ... | ... |      |      |      |      |      |    |    |           |    |

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人，参加\_\_\_\_\_（项目名称）的招标，项目编号：\_\_\_\_\_。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

授权委托人（签字）：\_\_\_\_\_

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 法定代表人身份证扫描件<br>正面 | 法定代表人身份证扫描件<br>反面 |
| 授权委托人身份证扫描件<br>正面 | 授权委托人身份证扫描件<br>反面 |

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

|        |  |      |  |
|--------|--|------|--|
| 投标人名称  |  | 注册资金 |  |
| 注册地    |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人  |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人  |  | 联系电话 |  |
| 开户银行   |  |      |  |
| 开户银行账号 |  |      |  |
| 主营范围：  |  |      |  |
| 企业资质：  |  |      |  |

## 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

#### 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

## 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

#### 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

### 十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，\_\_\_\_\_（项目名称），项目编号：\_\_\_\_\_，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 十二、联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）的投标，项目编号：\_\_\_\_\_。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

### 十三、中小企业声明函

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

#### 十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

### 十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足\_\_\_\_\_ (项目名称)，项目编号：\_\_\_\_\_ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

| 序号 | 标的名称 | 招标技术要求 |        | 投标响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
|----|------|--------|--------|--------|------|----|
| 1  |      | ★      | 1.1... |        |      |    |
|    |      |        | 1.2... |        |      |    |
|    |      |        | ...    |        |      |    |
| 2  |      | ★      | 2.1... |        |      |    |
|    |      |        | 2.2... |        |      |    |
|    |      |        | ...    |        |      |    |

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

| 序号    | 姓名 | 本项目拟任职务 | 学历 | 职称或执业资格 | 身份证号 | 联系电话 |
|-------|----|---------|----|---------|------|------|
| 1     |    |         |    |         |      |      |
| 2     |    |         |    |         |      |      |
| 3     |    |         |    |         |      |      |
| ..... |    |         |    |         |      |      |

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

| 序号  | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
|-----|------|------|------|------|
| 1   |      |      |      |      |
| 2   |      |      |      |      |
| 3   |      |      |      |      |
| 4   |      |      |      |      |
| ... |      |      |      |      |

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。