

病理检验专用设备采购

公开招标文件

采购单位名称：包头市九原区医院

采购代理机构名称：内蒙古泽航项目管理有限公司

项目编号：**BTZCJYS-G-H-230053**

2023年08月22日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古泽航项目管理有限公司受包头市九原区医院委托，采用公开招标方式组织采购病理检验专用设备采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：病理检验专用设备采购

项目编号：BTZCJYS-G-H-230053

采购计划备案号：包财购备字[2023]九原01082号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	病理检验专用设备采购	27	详见招标文件	6,667,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体响应，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,投标人应当具备特定行业法定准入要求）。

5.本项目的其他资质要求：

合同包1（病理检验专用设备采购）：

1)供应商根据所投设备分类，如是代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》（如包含第二类医疗器械）；如是生产厂家，须具有有效的《医疗器械生产许可证》。根据所投设备分类，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古泽航项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区包头市九原区华诚中心A座1402室

联系人： 内蒙古泽航项目管理有限公司

联系电话： 15034723492

采购单位名称： 包头市九原区医院

地址： 九原区沙河街31号

联系人： 张引弟

联系电话： 2802177

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包 1 （病理检验专用设备采购）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件 1 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： 400-0471-010 转 2 键
9	投标文件数量	（ 1 ）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （ 2 ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 0 份。 （ 3 ）纸质投标文件（正本） 0 份；纸质投标文件（副本） 0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包 1 ： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。
15	投标保证金	病理检验专用设备采购：保证金人民币： 0.00 元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ CA ）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

1 8	是否专门面向 中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
1 9	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2 0	报价形式	合同包1（病理检验专用设备采购）：总价
2 1	现场踏勘	否
2 2	其他	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指包头市九原区医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古泽航项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- （1）宣布纪律；
- （2）宣布相关人员；
- （3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- （4）参加人员对开标结果进行确认；
- （5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备

投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

病理检验专用设备采购

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	供应商根据所投设备分类，如是代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》（如包含第二类医疗器械）；如是生产厂家，须具有有效的《医疗器械生产许可证》。根据所投设备分类，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

为提升医院服务能力，检验科、病理科的申请，购进一批专用设备,用于病人诊疗。

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（病理检验专用设备采购）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后10天内安装调试完毕
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例50%，医院正常运营三个月后 2期：支付比例40%，正常运行两年后 3期：支付比例10%，正常运行三年后
验收要求	1期：到货安装调试且设备正常运行三个月后根据相关要求一次性验收。
履约保证金	不收取
其他	质保服务期：验收完毕之日起质保一年，终身维护，涉及软件系统升级的产品终身免费升级

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元 ）	分项预算 总价（元 ）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1	△	临床检验设备	全自动生化免疫流水线	台	1.000	1,950,000.00	1,950,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2		临床检验设备	血液分析流水线	台	1.000	1,840,000.00	1,840,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3		临床检验设备	尿液分析流水线（干化学+有形成分）	台	1.000	200,000.00	200,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三
4		临床检验设备	全自动化学发光免疫分析仪	台	1.000	650,000.00	650,000.00	否	其他未列明行业	详见附表四
5		临床检验设备	全自动化学发光分析仪（POCT）	台	1.000	60,000.00	60,000.00	否	其他未列明行业	详见附表五
6		临床检验设备	纯水机	台	1.000	40,000.00	40,000.00	否	其他未列明行业	详见附表六

7		临床检验设备	离心机	台	1.0	19,000.00	19,000.00	否	其他未列明行业	详见附表七
8		医用光学仪器	普通光学显微镜	台	3.0	28,000.00	84,000.00	否	其他未列明行业	详见附表八
9		医用光学仪器	普通光学显微镜	台	1.0	55,000.00	55,000.00	否	其他未列明行业	详见附表九
10		医用低温、冷疗设备	医用冰箱（双门）	台	3.0	25,000.00	75,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十
11		医用低温、冷疗设备	医用冰箱（单门）	台	2.0	9,000.00	18,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十一
12		医用低温、冷疗设备	医用冷藏冷冻箱（双锁）	台	1.0	38,000.00	38,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十二
13		医用低温、冷疗设备	医用冰柜	台	2.0	8,000.00	16,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十三
14		消毒灭菌设备及器具	高压灭菌器	台	2.0	20,000.00	40,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十四
15		医用低温、冷疗设备	2-6℃储血专用冰箱	台	1.0	30,000.00	30,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十五
16		医用低温、冷疗设备	2-8℃样本储存专用冰箱	台	2.0	8,500.00	17,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十六
17		医用低温、冷疗设备	血浆专用低温冰箱	台	1.0	26,000.00	26,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十七
18		临床检验设备	二氧化碳培养箱	台	1.0	60,000.00	60,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十八
19		临床检验设备	恒温培养箱	台	1.0	26,000.00	26,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十九

20		临床检验设备	离心机	台	1.00	12,000.00	12,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十
21		临床检验设备	冷冻切片机	台	1.00	188,000.00	188,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十一
22		临床检验设备	组织脱水机	台	1.00	600,000.00	600,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十二
23		临床检验设备	石蜡包埋机	台	1.00	180,000.00	180,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十三
24		临床检验设备	摊烤片机	台	1.00	15,000.00	15,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十四
25		临床检验设备	石蜡切片机	台	1.00	150,000.00	150,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十五
26		医用光学仪器	生物显微镜	台	1.00	98,000.00	98,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十六
27		临床检验设备	全自动液基细胞制片染色机	台	1.00	180,000.00	180,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十七

附表一：全自动生化免疫流水线 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	样本综合处理能力：≥500测试/小时
	2	▲样本前处理具备自动旋转开盖、自动判读血清样本、自动试管架进样功能；
	3	自动原机试管架装载速度≥600管/小时；
	4	样本前处理系统样本盖自动紫外线消毒功能；
	5	轨道数量：≥2；
	6	▲采取试管架运输方式运输样本，支持5孔架或10孔架；
	7	全电动传输，无需配置气泵。
★	8	★生化仪分析速度：光学恒速≥2000T/H；ISE恒速≥600T/H；综合恒速≥2400T/H；
	9	测试原理需包含：比色法、比浊法、离子选择电极法（ISE）；光学部分涵盖一点终点法、两点终点法、速率法（动力学法）、两点速率法（固定时间法）；ISE为间接测量法等；
	10	▲分析项目：可同时分析≥100个生化项目+3个电解质项目以上；
	11	可实现常规/急诊/超级急诊样本的申请，支持样本稀释；
	12	支持在线装卸载试剂；

13	样本针支持立体防撞功能、空吸检测功能、随量跟踪功能、水质检测功能；
14	样本量：1.0μL-15μL，0.1μL递增；
15	试剂位：≥204个试剂位以上；
16	反应体积：80-280μL，最小反应体积≤80μL；
17	反应杯数量：≥460个，反应杯材质：永久性玻璃反应杯；
18	反应波长：≥16个，340-850nm
19	反应盘加温方式：恒温加热
20	免疫分析仪检测原理：酶促化学发光；
21	免疫分析仪单机恒定速度≥200测试/小时；
22	▲所有检测项目出结果时间一致，单项目检测出结果时间：≤17min，。
23	急诊通道：有专用急诊通道，急诊优先检测；
24	耗材装载和识别：可随时监测试剂用量，可不停机在线加载试剂；
25	一次性反应杯可直接倾倒入仪器。
26	清洗单元：需具备脱磁清洗功能。
27	▲肿瘤项目需包含但不限于CA50、CA724、CA242、SCC、NSE、PGI，PGII等；
28	HIVAg+Ab（人类免疫缺陷病毒抗原抗体）检测为第四代试剂，使用人单克隆抗体检测P24抗原；
29	▲HBsAg（乙肝病毒表面抗原）定量可溯源至WHO国际单位，无稀释的情况下线性范围需达到0.05-250 IU/mL以上。
30	▲样本用量：≤50ul范围内。
31	具备远程诊断功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：血液分析流水线 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	▲网织红细胞检测功能：具有全自动网织红细胞计数和网织红细胞血红蛋白含量的检测功能
	2	有核红细胞检测功能：具有核红细胞检测功能，并能自动校准样本的白细胞总数
	3	▲血小板检测精确度：当血小板≥100*10 ⁹ /L，精确度≤3%；当血小板≥20*10 ⁹ /L，精确度≤5.0%；
	4	检测项目：检测参数：≥32个，直方图：≥4个
	5	单机检测速度：五分类：≥100样本/小时；网织红细胞：≥65样本/小时；
	6	进样模式：≥3个，全自动进样、手工开盖进样和末梢血预稀释
	7	样本用量：（1）全自动进样模式时用量≤180微升；（2）末梢血预稀释模式用量≤20微升
	8	数据储存：≥100000个结果（含散点图、直方图），提供原厂中文数据管理软件，数据（含散点图、直方图）的存储量无限制
	9	▲质控：提供原厂配套含全部报告项目WBC、白细胞分类、RBC、HGB、HCT、PLT、PLT-O、NRBC、RET的质控品
	10	▲校准：提供原厂配套校准品，包括RET、PLT-O等项目
	11	特定蛋白分析原理：免疫散射比浊法
	12	特定蛋白分析处理速度：≥180测试/小时
	13	特定蛋白分析检测模式：三种检测模式，CRP、SAA、CRP/SAA
	14	CRP检测线性范围：1-320.0mg/L

	15	特定蛋白分析精密度： $CV \leq 5\%$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：尿液分析流水线（干化学+有形成分） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尿液有形成分检测原理：采用流式细胞技术来鉴别尿中有形成分。
	2	检测参数 ≥ 14 项，定量报告参数需要包含：红细胞（RBC）、白细胞（WBC）、上皮细胞（EC）、管型（CAST）、细菌（BACT）；
	3	检测通道 ≥ 2 个
	4	能对尿细菌进行定量计数，并给出尿路感染提示信息，辅助泌尿系统疾病的诊断，为抗生素使用提供依据
	5	▲提供临床信息的参数：可提供肾脏或泌尿系统疾病的诊断信息，为临床诊断及治疗用药提供参考依据。
	6	标本无须预先离心，无须预先加样，直接上机检测。
	7	仪器采用全自动进样系统，样品位 ≥ 80 个，并有手动进样功能。
	8	尿有形成分分析测定速度 ≥ 100 标本/小时
	9	手动进样时标本量为 $\leq 0.6\text{ml}$ 、自动进样时标本量为 $\leq 2\text{ml}$ 。
	10	数据存储能力 $\geq 1,000$ 个样品的存储数据及散射图（含定量参数和质控数据）
	11	提供原厂配套的高、低两种水平的有形成分质控品
	12	提供轨道与尿干化学分析仪无缝连接扩展成为尿液检测流水线，减低实验室医疗风险。
	13	可将实验室现有尿干化学报告与沉渣报告整合。
	14	测定项目：尿液测定项目 ≥ 12 项
	15	尿液分析加样方式：自动加样，自动测定，自动取出测定条
	16	尿液分析检测速度 ≥ 250 标本/小时
	17	试纸条容量 ≥ 300 条，有防止尿条氧化装置
	18	尿液分析样本量：样品量 $\leq 1\text{ml}$
	19	比重检测：反射型折射率测定
	20	颜色检测：比色测定求出吸光度数据
	21	样本存储量： ≥ 10000 份病人测定结果
	22	试纸条特性：能抗VC干扰，能抑制共存物质间相影响，室温保存1年
	23	进行自动的定量点式加样
	24	▲流水线连接：无需轨道连接成全自动流水线系统
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：全自动化学发光免疫分析仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	检测原理：微粒子酶促化学发光
	2	检测速度： ≥ 400 测试/小时（单台仪器）
	3	样本位：单机样本位 ≥ 408 个（包括预分杯样本位）
	4	试剂位：单机冷藏试剂位 ≥ 50 个

	5	项目菜单：≥45种项目
	6	预分杯功能：有预分杯功能，冷藏储存样品位≥280个
	7	样本体积：所需最小样本体积不高于6μL，
	8	▲第一个出结果时间：≤15分钟
	9	最大离机时间：≥3小时
	10	急诊功能：急诊样品可以随时加入，无需停机操作
	11	消耗品更换：运行过程中随时连续加载、更换试剂盒、消耗品和缓冲液
	12	试剂盒设计：试剂盒采用多层覆膜和不定孔数设计，无需开盖操作
	13	探针：具有液面感应功能和血凝块监测及纠正功能
	14	重检、稀释：自动重检和稀释重检功能
	15	软件连接：实验室自动化系统预备接口，便于连接实验室分析前和分析后处理系统
	16	清洗功能：超声波配合缓冲液清洗方式
	17	废品管理：实时监控，自动排废
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：全自动化学发光分析仪（POCT） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	检测原理：化学发光免疫检测。
	2	≥6通道平行检测，单项目最快≤17min出结果。
	3	采用一次性tip加样，避免交叉污染。
	4	除试剂条外无需购买其他耗材
	5	设备无液路系统
	6	加样精密度：100μL 加样量 CV≤1%、50μL 加样量 CV≤1.5%。
	7	单人份试剂条包装，无批量检测的样本量要求。
	8	仪器内置电脑、热敏打印机并安装分析软件，可连接医院lis系统。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：纯水机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	设备直接对接自来水制成纯化水，产水量为≥300L/h（25℃）。
	2	产水水质符合国家实验室用水规格GB6682-2008一级标准，产水电阻≥15MΩ.cm，最高可达18.25MΩ.cm
	3	采用精密仪表，在线、即时准确分析、显示产水水质
	4	全自动操作系统，一键操作功能
	5	设备根据产水量自动开、停机制水，缺水自动制水，满水自动停止
	6	具备进水低压保护，缺水时设备能够自动停止运行保护设备
	7	模块化设计，更换维护简单方便；可多机并机使用
	8	实时显示原水压力、实时显示高压泵工作状态
	9	配置脚轮，移动方便
	10	配置120L卫生级PE水箱或者升级为500L纯净水箱

	11	手动自动一键切换
	12	配置纯水增压系统，可以满足集中供水需求
	13	控制精度：±2℃
	14	摊片锅尺寸：（210×170×55 mm)±5mm
	15	烤片台尺寸：（250×108 mm)±5mm（50玻片）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：离心机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	最高转速: 5000r/min，转速精度：±10r/min，最小步进10rpm；
	2	最大相对离心力：≥4600×g，最小步进10rpm。；
	3	最大容量：4×400ml水平转子
	4	定时单位：0-99分钟，最后一分钟以秒倒计时；
	5	显示模式：LED显示，按键编程，实时显示转速、时间、RCF值等参数；
	6	升降速模式：10档升降速曲线；
	7	驱动模式：大力矩高性能变频电机；
	8	门锁系统：电子机械门锁
	9	安全性能：整机全钢结构，多层防爆设计，304不锈钢腔体，确保人机安全；门锁、超速自检与保护；
	10	配置：主机；64孔自动脱帽水平转子。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：普通光学显微镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	适于在气温为摄氏-40℃～+50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
	2	配置标准插头，或提供转换插座。
	3	生物显微镜观察方式支持明场
	4	▲光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤52mm。
	5	载物台：钢丝传动，无齿条结构，增加使用周期载物台高度：距离安放平台≤140mm，方便使用者操作，降低疲劳度机械固定载物台,(W × D):≥ 211 mm × 154 mm
	6	移动范围 (X × Y): ≥76 mm × 52 mm载物台XY 移动可锁定功能
	7	物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。
	8	调焦机构：载物台高度调节（粗调: 15 mm），可以进行张力调节；有粗调限位，避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度：2μm。
	9	▲多孔位聚光镜：内置孔径光阑；聚光镜 NA 1.25（油浸时）孔位≥2孔位
	10	照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥20000小时。
	11	▲三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；目镜：10X，视场数≥22mm
	12	物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）
	13	防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理

	14	配置：显微镜主机1套、透射明场照明系统1套、物镜转换器1套、物镜4X、10X、40X 、100X1套、聚光镜1套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：普通光学显微镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	适于在气温为摄氏-40℃～+50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
	2	配置标准插头，或提供适当的转换插座。
	3	生物显微镜支持观察方式明场，相差观察方式
	4	光学系统：无线远光学矫正系统，齐焦距离必须为≤50mm。
	5	载物台：载物台高度：（140mm）±2mm、机械固定载物台, (W × D):（211 mm × 154 mm）±2 mm、移动范围 (X × Y):（76 mm × 52 mm）±2mm、载物台XY 移动可锁定
	6	物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘。
	7	▲ 物镜：平场消色差物镜、4X（N.A.≥0.1 W.D≥18.5mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥，10.6mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）），
	8	调焦机构：载物台高度调节（粗调: 15 mm），可以进行张力调节；有粗调限位，细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。
	9	▲ 聚光镜：内置孔径光阑；聚光镜 NA 1.25（油浸时）；通用≥7 孔位聚光镜，分别是 BF (4-100X), 2X, DF, Ph1, Ph2, Ph3, FL；具有聚光镜孔位锁（仅限BF）。
	10	照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥60000小时。
	11	观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节；
	12	目镜：10X，带眼罩，视场数≥20mm；分光：50/50固定。
	13	防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理
	14	基本配置：显微镜主机1套、LED明场照明系统 1套、物镜转换器1套、物镜4X、20X、40X 、100 1套、聚光镜1套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：医用冰箱（双门） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	样式：立式，玻璃门。
	2	有效容积：≥700L。
	3	门体带锁设计。
	4	高亮度数码温度屏，显示精度0.1℃，可调阅湿度。
	5	▲风冷式高效冷凝器，冷藏内置吸风风扇，具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2-8℃范围内。
	6	▲高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、湿度传感器等5路传感器，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化。
	7	风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。

	8	▲声光报警功能：声音蜂鸣、间隔闪烁，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器报警、开门、断电报警等多种功能。
	9	▲蓄电池可提供不少于24小时显示及报警功能。
	10	门体加热模式：自动加热模式
	11	标配1个测试孔，方便测试箱内温度。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：医用冰箱（单门） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	样式：立式，单门。
	2	有效容积(L)：≥315。
	3	内胆材料：抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。
	4	箱体材料：优质结构钢板。
	5	压缩机：高效压缩机，静音。R600a制冷剂。
	6	≥1英寸数码温度屏，显示精度0.1℃,可调阅湿度。
	7	▲高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、湿度传感器等≥5路传感器，确保运行状态安全稳定。
	8	箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。
	9	▲声光报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故障、开门、断电报警、电池电量低报警、主控板通讯故障报警、记录仪故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。
	10	报警模式：声音蜂鸣、间隔闪烁，具备远程报警功能。
	11	▲风冷式高效冷凝器，冷藏内置吸风风扇，具备自动化霜功能。
	12	数据PDF格式。蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能。
	13	标配一个测试孔，方便监控箱内温度。
	14	门体加热模式：自动加热模式
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：医用冷藏冷冻箱（双锁） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	样式：立式，双门。
	2	有效容积：≥300L（（65% 35%））。
	3	外部尺寸（宽*深*高mm）±3mm：746*710*1842（把手+外挂锁）。
	4	内部尺寸（宽*深*高mm）±3mm：冷藏为602*507*665,冷冻为505*450*533。
	5	保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层，冷藏发泡门体厚度≥80mm,冷冻门体厚度≥90mm，冷冻箱体发泡层厚度≥100mm。
	6	高精度微电脑温度控制系统，冷藏温度2~8℃、冷冻温度-10~-26℃可调，显示精度1℃。
	7	高清晰LCD数字温度显示，可设定高低温报警温度点。
	8	▲双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。

	9	内部结构：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室2个抽屉。
	10	▲冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。
	11	▲完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能。
	12	箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：医用冰柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	样式：立式，单门。
	2	有效容积（L）：≥270。
	3	▲内部结构：ABS抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击。
	4	▲发泡层厚度为≥100mm。
	5	保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。
	6	▲精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。
	7	声光报警系统：高低温报警、箱内传感器故障报警、开门报警等多重保障。
	8	箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和。
	9	内胆材料：经久耐用、便于清洁。
	10	标配一个测试孔，方便监测箱内温度。
	11	温度均匀性：箱内温度均匀性≤3℃。
	12	箱体配锁，确保箱内样本安全。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：高压灭菌器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	容积：≥80L
	2	材质：06Cr19Ni10不锈钢
	3	▲设计压力： -0.1～0.28MPa
	4	设计温度：142℃
	5	使用寿命：≥8年（16000次灭菌循环）
	6	门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm
	7	▲开关门方式：手动平移式密封门
	8	▲安全连锁：压力安全连锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。
	9	控制阀门：直动式电磁阀≥1个，手动球阀≥1个
	10	▲注水排水方式：手动注水、手动排水
	11	流程控制：对于非液体程序，置换、脉动、升温、灭菌、排汽、全过程自动控制；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：2-6℃储血专用冰箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	样式：立式，发泡视窗门。
	2	容积：≥170L。
	3	LED数码显示管，显示精度0.1℃，
	4	回型风道设计，强制风冷循环，全包围进行冷热交换，温度更均衡。
	5	▲完善的声光报警功能：具有高温、低温、传感器故障、开门、断电报警等多种功能。开门持续1分钟，蜂鸣报警，门关闭报警消除。
	6	报警模式：声音蜂鸣、报警间隔闪烁。
	7	当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物品存储安全。
	8	▲暗把手设计，标配机械锁、远程报警接口。
	9	箱体标配一个测试孔。
	10	标配自动化霜功能，强制除霜。
	11	标配蓄电池，断电报警后，蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能供电。
	12	▲配置有3层浸塑搁架（配血框），带标签板；标配9个浸塑血袋框，血袋框尺寸为474*134*122mm(长*宽*高)。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：2-8℃样本储存专用冰箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	样式：立式，单门。
	2	有效容积(L)：≥315。
	3	内胆材料：抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。
	4	箱体材料：优质结构钢板。
	5	压缩机：高效压缩机，静音。
	6	1英寸数码温度屏，显示精度0.1℃,可调阅湿度。
	7	▲高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、湿度传感器等≥5路传感器，确保运行状态安全稳定。
	8	箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。
	9	▲完善的声光报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故障、开门、断电报警、电池电量低报警、主控板通讯故障报警、记录仪故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。
	10	报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。
	11	▲风冷式高效冷凝器，冷藏内置吸风风扇，具备自动化霜功能。
	12	15、数据PDF格式。蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能。
	13	标配一个测试孔，方便监控箱内温度。
	14	门体加热模式：自动加热模式
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：血浆专用低温冰箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	样式：立式，单门。
	2	有效容积（L）： ≥ 270 。
	3	标配一个测试孔，方便监测箱内温度。
	4	▲内部结构：ABS抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击。
	5	▲发泡层厚度为 $\geq 90\text{mm}$ 。
	6	保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。
	7	精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim -30^{\circ}\text{C}$ 范围内任意设定，显示精度 1°C 。
	8	声光报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门报警等多重保障。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：二氧化碳培养箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用途：用于模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内生长环境，对细胞/组织进行体外培养的一种装置。
	2	外形尺寸： $\leq 635*862*900\text{mm}$ ；
	3	工作区尺寸： $\geq 475*545*655\text{mm}$ ；
	4	双层门结构。钢化玻璃内门密封，舱体可见。
	5	智慧交互系统，彩色触摸液晶屏，实时显示当前温度、 CO_2 浓度、工作状态等。
	6	采用红外IR二氧化碳传感器，基于NDIR测量原理。
	7	具有温度实时曲线。
	8	采用304镜面不锈钢内胆，一体冲压成形。
	9	180°C 干热灭菌技术，12h内完成灭菌过程。
	10	温度、二氧化碳浓度恢复时间： $\leq 4\text{min}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：恒温培养箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用途：以恒温培养和样品保存等为目的的一种恒温试验设备。
	2	外形尺寸： $\leq 745*745*1150\text{mm}$ ；
	3	工作区尺寸： $\geq 475\times 485\times 655\text{mm}$ ；
	4	双层门结构，可视钢化玻璃内门，可在运行期间观察样品，方便拿取试验物品。
	5	风道设计，温度均匀度更高
	6	门控联锁开关，开门关闭风机，减少温度流失，加快温度恢复速度。
	7	彩色触摸显示屏，多组数据一屏显示。
	8	可显示温度的设定值和实际值，显示运行时间和设定时间。
	9	温度均匀性： $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ （ 25°C ）
	10	温度波动度： $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$ （ 25°C ）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：离心机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	最高转速: 5000r/min, 转速精度: ±10r/min, 最小步进10rpm;
	2	最大相对离心力: ≥4600×g, 最小步进10rpm。;
	3	最大容量: 4×400ml水平转子
	4	定时单位: 0-99分钟, 最后一分钟以秒倒计时;
	5	显示模式: LED显示, 按键编程, 实时显示转速、时间、RCF值等参数;
	6	升降速模式: 10档升降速曲线;
	7	驱动模式: 大力矩高性能变频电机;
	8	门锁系统: 电子机械门锁
	9	安全性能: 整机全钢结构, 多层防爆设计, 304不锈钢腔体, 确保人机安全; 门锁、超速自检与保护;
	10	配置: 主机; 64孔自动脱帽水平转子。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：冷冻切片机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	工作电压: 230V (±10%) /50~60Hz; 工作温度: 10℃~40℃; 相对湿度: ≤60%
	2	箱体制冷能力: ≤ -35℃, 开机降温到工作温度≤2小时;
	3	▲冷冻台: 制冷位点≥21个;
	4	▲切片厚度: 0.5~100 μm,
	5	水平进样方式: 采用马达驱动刀架进样方式。
	6	进样速度: 550μm/s ~3000μm / s 任意可调;
	7	修片厚度: 0.5 ~300 μm;
	8	▲样本回缩: 0~200μm;
	9	切片步进: 0~2 μm, 0.5-μm步进; 2-20 μm , 1-μm 步进; 20-50 μm, 2-μm 步进; 50-100 μm , 5 μm步进;
	10	▲24小时内可设定≥2个自动除霜时间点或手动除霜;
	11	▲可折叠安全手轮锁, 手轮锁可360°在任意位置安全锁定, 单手即可操作, 在不使用时可将手轮把手折叠收起, 使用更方便;
	12	玻璃窗: 双层电加热真空玻璃窗, 可全面加热, 严格保障玻璃窗不结霜;
	13	样本调向: Z轴可整体360°自由旋转, X/Y轴: 8度;
	14	刀架: 兼容宽/窄两种刀片, 可直接进行切换, 针对不同组织样本切出质量较好的切片;
	15	具有按键式刀片弹出设计, 更换刀片安全便捷;
	16	配有带锁定装置脚轮, 可灵活调整机身位置;
	17	紫外消毒: 具备;
	18	样本托: 配置原厂样本托≥10个;
	19	吸热锤: 配置原厂吸热锤1个。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：组织脱水机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	脱水缸单缸组织处理最大容量：有间隔排列 ≥ 300 个脱水盒。
	2	▲石蜡温度范围：40-70℃（每1℃可调）。
	3	试剂温度范围：环境温度，35℃-50℃。
	4	▲石蜡缸数量/结构： ≥ 4 个可拆卸式不锈钢石蜡缸。
	5	▲要求浸蜡次数 ≥ 4 次。（须提供制造商彩页或者使用说明书上的证明材料）
	6	▲石蜡缸处理石蜡容量 $\leq 3.5\text{L}$ 。
	7	多项旋转阀的材料：采用陶瓷材料制作。
	8	每步脱水步骤设定时间范围要求：0~99小时59分。
	9	延迟的“结束时间”：出厂设定0-9天（单位每天可调）。
	10	试剂瓶数量： ≥ 10 个，试剂缸要求可自由抽出和推入，无需螺丝固定，无需借助任何工具拆装。
	11	试剂瓶处理液容量：每个试剂瓶 $\leq 3.5\text{L}$ 。
	12	清洗循环瓶： ≥ 2 个，清洗程序为 ≥ 3 个可编辑程序。清洗次数可以自由设定,可自行编辑清洗程序。
	13	▲试剂瓶接口连接自检测功能：设备自动对所有试剂瓶接口快速检测。
	14	▲组织处理缸专门设计机械滑锁装置，使用单手便能快速进行锁定/开锁处理槽盖，拥有双重保护处理缸功能，防止意外开盖。
	15	▲环保处理尾气，从处理槽内取出组织前可对尾气置换功能，双层活性炭处理。
	16	操作显示器： ≥ 10.4 英寸抗溶剂式彩色液晶触摸屏，中文操作界面。
	17	试剂管理系统：自动药液传送，方便更换试剂。并通过包埋盒数量或使用天数管理组织处理药液。
	18	▲试剂群设定功能：根据使用要求，设定药液群，并用颜色区分，可设置药液群 ≥ 6 个。
	19	程序/药液名的设定：可设置程序 ≥ 10 个，且内置温水冲洗程序。药液名设定 ≥ 100 个。
	20	组织处理标本篮筐要求：采用不锈钢材料设计有耐腐蚀型和耐高温。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：石蜡包埋机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	OLED模块显示屏，字迹清晰，任意角度都能清晰观察显示数据
	2	界面分布合理，工作状态图标显示，按键LED提示，
	3	测温集成块，PID七路独立控温，互不影响
	4	两种模式运行，手动模式即时启停，自动模式具有断电记忆，来电自启动功能
	5	分体化设计，包埋机、冷冻台、随意组合
	6	▲左右盒，适用于各类脱水篮，内、外盒分离式设计，方便取出换蜡与维护
	7	储镊台，可放置大小镊子，导流槽设计，防止石蜡溢出
	8	▲工作台设计，并设有蜡块修复装置，多功能使用
	9	▲配置万向金属软管放大镜，可根据需求自行调节，适用极小标本组织操作
	10	冷冻台采用原装压缩机，并选用环保型无氟制冷剂。
	11	冷冻台有超制冷模式和控温模式；
	12	半导体随机小冷台，瞬间制冷，方便标本快速定位包埋。
	13	照明采用万向金属软管设计，可任意调节照明角度。

	14	入口阀调节蜡嘴流量，适合各种组织包埋处理
	15	自动软接触开关、脚动开关双控流蜡设计，两种方式随意选择
	16	完善的流蜡系统设计，自动出蜡，位置准确，包埋操作非常方便
	17	▲设有受控电源输出插口，实现冷冻台等其他设备与本机同时定时开关机控制
	18	▲蜡缸容量≥6升
	19	储镊台控温范围：室温～85℃
	20	熔蜡缸控温范围：室温～85℃
	21	左保存盒控温范围：室温～85℃
	22	右保存盒控温范围：室温～85℃
	23	工作台控温范围：室温～85℃
	24	流蜡管控温范围：室温～85℃
	25	▲冷冻台控温范围≥-20℃；（温控模式），最低可达≥-28℃（超制冷模式）
	26	控温精度：±1℃
	27	小冷台温度：≤-5℃
	28	保存盒尺寸≥240×160×55 (mm)
	29	工作台尺寸≥540×93 (mm)
	30	小冷台尺寸≥60×50 (mm)
	31	冷冻台面尺寸≥315×380 (mm)
	32	配置清单：包埋机主机1台、冷冻台主机1台、脚踏开关1付
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：摊烤片机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全电脑自动控制程序，采用单片微处理器控制。
	2	数码显示模块，显示清晰，工作状态所有参数实时显示，数据更直观
	3	直接采集作业环境温度，测温更精准
	4	具有实时采集在线温度（网络）的预接口
	5	具有记忆功能，运行后自动保留设置温度
	6	三重过热保护装置
	7	低压直流照明系统，观察更清晰，高硼硅耐高温玻璃加热锅，透光性能高，分体化设计，换液、维护方便
	8	PID二路独立控制摊片、烤片温度
	9	具有照明亮度调节及显示屏亮度调节功能，可预设每周任意时间开关机，可整机定时，也可摊片、烤片分别定时
	10	科学的物理斜度，锯齿状烤片台面，易放易取，特殊材料烤片台，耐腐抗磨
	11	摊片控温范围：室温≥70℃
	12	烤片控温范围：室温≥100℃
	13	控制精度：±2℃
	14	摊片锅尺寸：（210×170×55 mm）±5mm
	15	烤片台尺寸：（250×108 mm）±5mm（50玻片）

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十五：石蜡切片机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	工作电压：230V（±10%）/50Hz；工作温度：10℃～40℃；相对湿度：≤60%
	2	▲切片精度：0.5～100μm可精确切片；
	3	切片精度：0.5～100μm可精确切片；步进为：0.5-2μm，0.5μm步进；2-20μm，1μm步进；20-50μm，2μm步进；50-100μm，5μm步进；
	4	▲修片功能：修片厚度0～750 μm任意可调；
	5	刀架轨道：为轨道系统
	6	水平行程：≥28mm；
	7	样本垂直幅度：≥60mm；
	8	最大样本尺寸：≥50 x 50mm
	9	▲操作控制面板：具有≥2个控制面板，确保设备在一个面板故障后不影响正常使用；
	10	手轮；轻便顺滑，手可以在不离开手轮的情况下，将其任意位置锁定；手轮采用全手轮配重系统。
	11	▲水平进样速度：≥4档可调；常规模式最高不低于600μm/s；高速模式不低于3000μm/s；
	12	刀架：兼容宽/窄两种刀片，可直接进行切换，针对不同组织样本切出质量较好的切片；
	13	具有按键式刀片弹出设计，更换刀片安全便捷；
	14	防护：显著标识护手可在所有工作情况下（更换刀片，水平移动刀架，修片及修片）提供防护；
	15	▲回缩功能：自动回缩0～200μm可任意调节；
	16	▲样本头位置记忆：≥2个记忆位置，实现辅助“一键式”自动对刀；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：生物显微镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	适于在气温为摄氏-40℃～+50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
	2	配置标准要求的插头，或提供转换插座。
	3	研究级正置显微镜，可作明场的观察，支持成像
	4	光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤50mm
	5	调焦：载物台垂直方式距离≤25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米
	6	观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30°视野数≥25.5mm
	7	物镜转换器：物镜转换器孔位数≥6孔 内置防震阻尼
	8	聚光镜：聚光镜 0.9 数值孔径
	9	支持扩展荧光，偏光，微分干涉观察，可升级最大26人同时观察
	10	照明装置：内置透射光照明器≥13.5W LED光强预调开关左右手均可操作。光强管理系统，更换不同物镜可自动调节光强,使用寿命≥25000小时
	11	物镜：平场消色差物镜、4X高透过率专用物镜、10X高透过率专用物镜、20X高透过率专用物镜、40X高透过率专用物镜

	12	载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。
	13	目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准 视野数≥25.5mm
	14	基本配置：显微镜主机1套、透射明场照明系统1套、物镜转换器1套、物镜4X、10X、20X、40X 1套、聚光镜1套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十七：全自动液基细胞制片染色机 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	▲配套试剂盒组成：主要由细胞保存液、缓冲液、巴氏染色液等构成
	2	配套试剂盒适用对象：宫颈细胞系列、尿液细胞系列、痰细胞系列、浆膜腔积液系列、针吸及内窥镜系列等五大系列，并提供有效证明材料。
	3	配套试剂盒适用目的：用于临床检验分析前细胞或微生物的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片等。
	4	缓冲液：在处理样本时，遇到粘液、血性样本可通过分离液去除干扰成分，富集细胞及诊断成分，以达到制片的最佳效果
	5	巴氏染色液：独特自主配方染液，可染宫颈细胞、痰细胞等细胞学标本。
	6	载玻片经特殊技术处理，能有效保证细胞均匀平铺在载玻片表面
	7	取材方式：取样刷刷头可以拆卸，直接保留在样本瓶，100%收集样本
	8	▲同一样本最大制片数量≥10张，并在需要时样本可直接进行 HPV检测、衣原体、淋病等检测。
	9	▲配套试剂盒制片要求：每个样本要求保存细胞数量≥5000个，制成的薄片诊断面积直径≥15毫米的圆。
	10	设备原理：采用膜式沉降技术原理
	11	制片染色机：一批处理量≤24个标本，样本自动加样制片，自动完成巴氏染色。
	12	样本无需离心处理
	13	▲放入标本后，分离、制片、染色一站式全自动完成
	14	制片过程中，根据不同临床样本可选择不同制备序号来执行程序
	15	上机后无需人工值守，每片制片时间: ≤2.5分钟，每天7小时制片数量≥160张
	16	自动染色要求
	17	自动批量染色，每批次可处理的标本量≤24人份
	18	每个样本采用滴染，染液一次性使用，杜绝交叉污染
	19	染色制片程序全程由电脑控制，染色制片时间≤1小时，无批间差
	20	程序可使用蓝牙传输数据，实现制片染色无线监控管理
	21	图文报告系统：中文的报告系统
	22	震荡器：f≥2800次/分
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（病理检验专用设备采购）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（病理检验专用设备采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5 投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

病理检验专用设备采购

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

病理检验专用设备采购

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分

技术部分	投标设备技术参数 (30.0分)	投标设备技术参数清楚、明确，技术资料齐全，全部满足或优于招标文件要求的得30分。标△的技术参数有负偏离的，每有一项扣3分，扣完为止，未标△的技术参数有负偏离的，每有一项扣1分，扣完为止。评审时需按招标文件要求提供佐证材料,未提供佐证材料或佐证材料混乱、不清晰，则该项参数视为负偏离；提供佐证材料须真实有效，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审。
	投标产品技术的资料 (6.0分)	响应文件中提供的技术资料是否齐全，进行评审：（1）检验报告、产品介绍、产品特点描述等相关技术资料十分详细、全面，与提供货物完全匹配得5-6分；（2）检验报告、产品介绍、产品特点等相关技术资料比较详细，与提供设备匹配得3-4分；（3）有简单的相关技术资料，基本满足项目需求得1-2分；（4）其他或无相关内容，不得分
	供货方案 (6.0分)	视供应商供货方案、供货进度保障措施以及特殊情况下的保管等主要保障措施等详细合理、可行情况进行评审：（1）方案全面、详细，针对性、可操作性强，能力完全满足项目要求，得5-6分；（2）方案较详细，可操作性较强，能力满足项目要求，得3-4分；（3）方案偏简单，可操作性一般，能力基本满足项目要求，得1-2分；（4）其他或无相关内容，不得分
	投标产品功能 (8.0分)	根据各供应商提供的投标产品进行综合评审，投标产品功能完善、技术先进、配置齐全、便于用户临床使用、操作方便，运行成本和维护费用低得5-8分，投标产品功能基本满足使用要求得1-4分。其他或无相关内容，不得分
商务部分	类似产品业绩 (4.0分)	投标人近三年(2020年1月1日至今)投标产品或类似产品业绩(提供销售合同或中标通知书)每提供一份得2分，满分4分。内容不完整或不提供均不得分
	售后服务保障方案 (16.0分)	投标人需提供完善的售后服务保障方案：1) 售后服务内容及保障措施全面合理科学可行 (0-4分) ;2) 故障响应时间及故障处理措施，故障响应及时、故障处理措施充分为用户考虑，合理可行 (0-3分)；3) 技术支持、技术指导、培训计划以为用户服务为出发点，全面详尽可行 (0-3分) ;4) 设备维护周期良好措施明确 (0-3分) ;5) 备品备件充足，有备品备件库 (0-3分)
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

招标投标人在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。