

内蒙古君泰工程项目管理有限责任公司

竞争性磋商文件

采购单位名称：赤峰市传染病防治医院

项目名称：综合服务能力提升设备购置项目

项目编号：**JTGS-SZRZYJ2023HW-03**

2023年02月22日

目 录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 磋商邀请

内蒙古君泰工程项目管理有限责任公司受赤峰市传染病防治医院委托，采用竞争性磋商方式组织采购综合服务能力提升设备购置项目。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：综合服务能力提升设备购置项目

项目编号：JTGS-SZRZYJ2023HW-03

采购计划备案号：赤财购备字[2023]00203号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购要求	预算金额（元）
1	综合服务能力提升设备购置项目	19	详见磋商文件	1,810,255.00

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交首次响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询。

3.其他资质要求：

合同包1（综合服务能力提升设备购置项目）：

1)(1)代理商须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，如是生产企业须具有有效的《医疗器械生产许可证》；(2)所投产品在《医疗器械分类目录》内的，需具备有效的《医疗器械产品注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》（不属于医疗器械管理的无需提供）

三.获取磋商文件的时间、地点、方式

详见竞争性磋商公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照磋商文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.磋商文件售价

本次磋商文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间和地点

详见竞争性磋商公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古君泰工程项目管理有限责任公司

地址：内蒙古自治区赤峰市市辖区内蒙古自治区赤峰市新城区王府大街北宝山东路（市建筑勘察设计院办公楼）

联系人：李海艳

联系电话：0476-8332869

采购单位名称：赤峰市传染病防治医院

地址：赤峰市红山区三东街51号

联系人：万继鹏

联系电话：15704760586

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开启方式	不见面开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	综合评分法
6	获取磋商文件时间	详见竞争性磋商公告
7	保证金缴纳截止时间（同响应文件提交截止时间）	详见竞争性磋商公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。
9	响应文件数量	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）；
10	成交人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
11	联合体响应	包1： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。 采购机构代理服务收费标准：按内工建协【2022】34号文件收取
15	磋商保证金	综合服务能力提升设备购置项目：保证金人民币：0.00元整。
16	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
17	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1： 非专门面向中小企业

1 9	有效供应商家数	包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
2 0	报价形式	合同包1 (综合服务能力提升设备购置项目): 总价
2 1	现场考察	否
2 2	其他	兼投兼中: -

二.磋商须知

1.磋商采取网上响应方式, 操作流程如下:

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上响应, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网 (<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要响应的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目响应信息页面, 在右侧选择要响应的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息, 点击“确认参与”按钮后, 获取所响应项目磋商文件, 并按照磋商文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.磋商保证金

2.1磋商保证金缴纳 (如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取磋商保证金, 同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2 供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在响应文件开启时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称, 且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间, 将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息, 将磋商保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错磋商保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: ***、采购包: ***的磋商保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3 供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中, 同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于磋商保证金到账需要一定时间, 请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2磋商保证金的退还

2.2.1 已提交响应文件的供应商, 在提交最后报价之前, 可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还, 成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的, 磋商保证金将不予退还:

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;

- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.电子化磋商

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

3.1远程不见面方式

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间等要求参加磋商，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为响应无效：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间和地点参加磋商。响应文件开启时，供应商应当使用 CA 证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为响应无效：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按磋商文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应自行承担所有与准备、参加磋商有关费用。不论磋商结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指赤峰市传染病防治医院。

4.2 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本磋商文件的采购代理机构特指内蒙古君泰工程项目管理有限责任公司。

4.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “磋商小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5 “成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场考察

8.1 磋商文件规定组织现场考察的，采购人或者采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

8.2 供应商自行承担考察现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在考察现场介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。更正公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1 供应商应按照磋商文件第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照磋商文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六、开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1 程序

（1）宣布纪律；

(2) 宣布相关人员;

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密, 由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称和磋商文件规定需要宣布的其他内容;

(4) 参加人员对开启情况进行确认;

(5) 开启结束。

1.2 疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义, 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的, 应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义, 应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出, 采购代理机构应及时查看、回复。

1.3 备注

开启时, 供应商使用 CA 证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的 CA 证书应为生成、加密、上传响应文件的同一 CA 证书。

2. 评审

详见第五章

3. 结果公告

成交供应商确定后, 采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告, 同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商, 成交结果公告期为 1 个工作日。

项目“废标”后, 采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4. 成交通知书

发布成交结果的同时, 成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书, 成交通知书是合同的组成部分, 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后, 采购人不得违法改变成交结果, 供应商无正当理由不得放弃成交。

七. 询问、质疑与投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在 3 个工作日内作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的, 可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的, 应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复, 并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响成交结果的, 采购人应当暂停签订合同, 已经签订合同的, 应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

综合服务能力提升设备购置项目

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（综合服务能力提升设备购置项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后60个日历日内交货
标的提供的地点	赤峰市传染病防治医院
付款方式	1期：支付比例60%，支付比例60%，支供应商在签订采购合同后支付合同总价款的60% 2期：支付比例40%，，支付比例40%，设备在安装、调试、验收合格后，凭《验收书》支付比例40%
验收要求	1期：由采购人组织验收小组，按政府采购合同规定的内容进行验收，验收合格签署《验收书》。
履约保证金	收取比例：10%,说明：合同总价款的10%，中标供应商在签订采购合同前将履约保证金缴纳至采购人指定账户。上述设备在调试正常运行一年无任何质量问题后凭《验收书》无息退还履约保证金
其他	质保期：1年

2.技术要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	技术要求
1		其他医疗设备	蜡块存储柜	台	1.00	3,875.00	3,875.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2		其他医疗设备	切片存储柜	个	1.00	7,200.00	7,200.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3		其他医疗设备	产科检查床	张	2.00	6,600.00	13,200.00	否	其他未列明行业	详见附表三
4		其他医疗设备	蓝光灯	个	1.00	28,000.00	28,000.00	否	其他未列明行业	详见附表四
5		其他医疗设备	微波治疗仪	台	1.00	18,500.00	18,500.00	否	其他未列明行业	详见附表五

6		其他医疗设备	电子阴道镜	台	1.00	168,200.00	168,200.00	否	其他未列明行业	详见附表六
7		其他医疗设备	利普刀	台	1.00	190,000.00	190,000.00	否	其他未列明行业	详见附表七
8		其他医疗设备	宫腔镜	台	1.00	440,000.00	440,000.00	否	其他未列明行业	详见附表八
9		其他医疗设备	抢救床	张	1.00	5,500.00	5,500.00	否	其他未列明行业	详见附表九
10		其他医疗设备	监护中央工作站(带1拖6监护仪)	台	6.00	88,000.00	528,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十
11		其他医疗设备	监护仪（有创无创）	台	2.00	33,000.00	66,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十一
12		其他医疗设备	输液泵 工作站 (1拖5)	台	2.00	21,500.00	43,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十二
13		其他医疗设备	抢救床	张	1.00	4,980.00	4,980.00	否	其他未列明行业	详见附表一十三
14		其他医疗设备	热合机	台	1.00	35,800.00	35,800.00	否	其他未列明行业	详见附表一十四
15		其他医疗设备	湿式溶浆机	台	2.00	80,000.00	160,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十五
16		其他医疗设备	黄疸仪	台	1.00	22,000.00	22,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十六
17		其他医疗设备	阴道冲洗机	台	1.00	22,000.00	22,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十七
18		其他医疗设备	妇产手术器械包	套	1.00	10,000.00	10,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十八

1 9		其他医疗设备	电动妇科检查床	张	2. 0 0	22,000.00	44,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十九
--------	--	--------	---------	---	--------------	-----------	-----------	---	---------	---------

附表一：蜡块存储柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品规格：≥W423*D480*H1625mm。 2、采用1.2mm冷轧钢板，箱体1.0mm冷轧钢板，抽屉1.0mm冷轧钢板，柜体表面处理脱脂除油、酸洗磷化、静电粉末喷涂。 3、≥4个箱体，每个箱体18个抽屉,至少可放标准蜡块12000块。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二：切片存储柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品规格：≥W423*D480*H1625mm 2、采用1.2mm冷轧钢板，箱体1.0mm冷轧钢板，抽屉1.0mm冷轧钢板，柜体表面处理脱脂除油、锌系磷化、粉末喷涂。 ●3、≥4个箱体，每个箱体18个抽屉，每个抽屉可放标准玻片700张，可放标准切片50000张以上，可负载重量不小于900公斤。 4、每个抽屉可自由互换，抽屉内为ABS中隔板，滑道采用ABS成型标准滑道。 5、抽屉前面有目录卡
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三：产科检查床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、床体组成：妇科检查床由床身，腿托，坐椅，接水盆，排水管，等零件组成。 ●2、手动调节，拉动调节把手即可调整座椅靠背角度。 3、床体左右装有两个可抓握把手。 4、主要构件：采用高强钢材、工程塑料及玻璃钢材料。 5、台面宽：580mm(±5)，台面全长：1600mm(±5)，台面高度：800mm(臀板高度)(±5)。 6、背板角度：65°-180°之间可调。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四：蓝光灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、蓝光波长(nm): 460 ± 20 2、辐照度最大值($\mu\text{W}/\text{cm}^2$): $6600@450\text{mm}$ 3、辐照度:1-3级可调 4、定时功能(min):30、60、90、120、180、240(共6档) 5、辐照治疗距离(mm): $450\pm 20\%$ 6、辐照度均匀性: >0.4 7、预热时间(min): ≥ 3 8、供电电源:AC220V、50Hz 9、输入功率(VA):40 10、噪声(dB): ≤ 55
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五：微波治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、微波频率： $2450\pm 30\text{MHz}$ 2、工作电压： $220\text{V}\pm 22\text{V}$ ， $50\text{Hz}\pm 1\text{Hz}$ ●3、输出功率：(治疗)0-100W连续可调(理疗)0-40W连续可调 4、微波泄露：符合微波专用标准要求 5、工作方式：脉冲波、三角波、正弦波、连续波 7、显示方式:液晶屏显示 8、理疗结束时蜂鸣报警 9、磁控管 10、提供脉冲波、三角波、正弦波、连续波四种理疗模式，具有针灸、推拿、按摩、热敷效果，微波的非热效应可得到充分利用。 11、PID调节方式、自动稳定功率，无需开机预热。 12、微电脑智能输出控制，液晶显示器动态显示。 13、提供脉冲波、三角波、正弦波、连续波四种理疗模式，具有针灸、推拿、按摩、热敷效果，微波的非热效应可得到充分利用。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六：电子阴道镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、阴道镜镜头参数 1.1镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULLHD1080P信号。 1.2像素不低于200万。 1.3成像系统水平分辨率不低于1000TVL。 ●1.4放大倍数支持：1~36倍(可选1~60倍)。 1.5空间分辨率：≥14lp/mm。 1.6图像几何失真度≤0.5%。 1.7亮度可调的高显色性贴片LED光源，与镜头集成一体，30cm处光源照度≥3000Lx。 1.8光源色温：3200K~7000K；光源显色指数Ra≥90。 1.9色彩还原最大误差≤30NBS，平均色彩还原误差≤20NBS，饱和度值95%-120%。 2、阴道镜工作站性能参数 2.1系统性能 2.1.1计算机性能不低于：CPU≥1.8G；内存：≥4GB；硬盘：≥1T；(可选配USB光驱)。 2.1.2屏幕尺寸≥21.5寸，系统分辨率不低于1920*1080。 2.2工作站功能 2.2.1具有自动提示患者随访管理功能。 2.2.2可以提供不少于4种病人信息获取方式。 3、工作站数据库 ●3.1提供临床病理参考图谱,数据库包括数十种临床病症现象的标准参考图谱。 3.2提供数百张病理确诊的病例资料数据图库。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表七：利普刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、主机技术指标及主要性能参数： 1.1整机安全性： 1.1.1患者漏电流及患者辅助电流要求正常状态下$\leq 0.01\text{mA}$，单一故障状态下$\leq 0.05\text{mA}$，可提供证明其功能的CFDA注册检测报告； 1.1.2具有功率输出自动补偿功能，针对不同人体组织自动调节输出功率达到最佳切割和凝血效果；可提供证明其功能的证明文件 1.1.3安全标准：CF型，带除颤保护，I类输出，符合国标GB9706.1-2007和专标9706.4-2009安全标准。 1.1.4通过EMC电磁兼容认证，有效减少对其他生命检测设备的干扰。 1.2技术要求： 1.2.1工作模式：可提供证明其功能的证明文件： a)三种电切模式：纯切、混切1、混切2； b)两种电凝模式：柔凝/凝切、强凝； c)两种双极模式：精细双极、标准双极； 1.2.2工作频率：两种工作频率：电切模式频率为330kHz,电凝模式频率为1MHz；需提供证明其功能的证明文件； 1.2.3输出功率：整机输出功率为0~199W，且功率调节精细，1W可调，真正实现精细切割； ●1.2.4具有开机自检和双回路安全自动监测、控制(自动监测异常并关闭功能输出)功能，并能声光报警提示； 1.2.5误操作报警功能，设备在运行中出现故障能立刻停止功率输出并显示相应错误代码，及时提醒使用者(脚踏误操作报警、电压电流超差报警等)。 1.2.6中性电极实时监测接触质量系统，全程实时监测极板的工作状态、贴合面积及组织阻抗并以数字形式显示与操作面板上，最大程度的减少因中性电极接触面积减少而造成的灼伤风险； 1.3功能要求 1.3.1功率设置高亮LED数字显示，防水按键方式调节，易于清洁消毒； 1.3.2具有自动电压调节功能； 1.3.3柔凝/凝切档位，具有组织的切割功能，切割的同时还具有一定的凝血效果，是专为LEEP手术设计； 1.4、配套设施 1.4.1可选配绝缘专用手术台车； 1.4.2LEEP刀主机和LEEP手术吸烟器均为原装配套； 1.4.3提供多种类型的手术电极； 2、手术烟雾净化吸烟器技术指标及主要性能参数： 2.1具备三级过滤方式，过滤效果可有效滤除99.99%的颗粒物； 2.2吸烟流量：$\geq 80\text{L/min}$，流量输出0~99级连续可调。 2.3工作噪声：$\leq 39\text{db(a)}$； 2.4采用负压吸烟方式，最大真空度：$\geq 14\text{KPa}$。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表八：宫腔镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1、医用内窥镜摄像系统： 1.1扫描系统：逐行扫描16:9FullHD

- 1.2图像传感器：3X1/2.8高感度CMOS；
- 1.3图像解析度：水平值 ≥ 1100 线，逐行扫描；
- 1.4分辨率：1920(H)X1080(V)，60帧FullHD；
- 1.5输出清晰度：1080P，逼真的色彩还原能力；
- 1.6数字输出：高清录像功能；可通过U盘手术进行实时录像。录制的视频为1080P；
- 1.7可通过OSD菜单可以对摄像机的一些详细参数如亮度、饱和度、增益、背光值，进行微调；
- 1.8手术模式：7寸触摸屏带有7钟内镜手术场景模式，一键式切换内镜模式，适用不同科室；
- 1.9光学适配器：F18mm、F20mm、F22mm、F24mm、F28mm、F32mm、F35mm可选；
- 1.10图像冻结：一键式单幅冻结图像
- 1.11白平衡：自动白平衡控制和手动控制；
- 1.12输出接口：HD-SDI、CVBS、DVI、HDMI、USB、RJ45
- 2、医用内窥镜冷光源。
- 2.1LED冷光源具有触摸屏
- 2.2灯泡参数： $\geq 100W$ LED灯
- 2.3色温： $\geq 6000K$
- 2.4照度： $\geq 1400,000LX$
- 2.5显色指数： ≥ 90
- 2.6光谱范围：400-700nm
- 2.7噪声： $\leq 56dB$
- 2.8最低照度：0.5LuxXF2.0
- 2.9亮度调节：可调，液晶面板触摸
- 2.10灯泡寿命： ≥ 30000 小时
- 3、内窥镜膨腔泵：
- 3.1输入电压： $\sim 220V50Hz$
- 3.2输入功率：80VA
- 3.3熔断丝型号：F2AL250V
- 3.4使用的环境条件
 - a)温度： $5^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$ ；
 - b)湿度： $\leq 80\%$ ；
 - c)气压：760hPa $\sim$ 1060hPa。
- 3.5触摸屏(显示屏)尺寸：7寸液晶显示屏，保证安全监测参数。
- 3.6膨腔泵的预置压强限应可调，调节范围为100 $\sim$ 413mmHg。
- 3.7膨腔泵的预置流量应可调，预置流量的调节范围为0.1 $\sim$ 1L/min。
- 3.8准确性：压强 $\pm 332Pa(2.5mmHg)$ ，流量 $\pm 10ml/min(0.0006)$ 。
- 3.9具有过压减压功能，安全控制宫腔内压力，根据压力变化自动调整压力或暂停灌注。
- 3.10具有过压声报警功能，称值为55dB $\pm$ 15dB。
- 4、导光束：
- 4.1导光束耐高温高压灭菌，工作长度2500mm。
- 5、监视器：
- 5.1显示屏：24寸LED显示屏；
- 5.2屏幕比例：16:9；

	5.3外壳材质：白色金属，全封闭设计，符合手术室净化和抗屏蔽要求； 5.4点距：0.270(H)×0.270(V)mm； 5.5最大分辨率：1920×1200； 5.6调色板≥68.7BillionColors(RGB/12bit)； 5.7对比度：1000:1； 5.8响应时间：14ms； 5.9最大亮度：600cd/m2； 5.10视角：178°Typ. ●5.11输入信号：DVI-I,VGA,CVBS,S-VIDEO,YPbPr,RGBS,SDI,DCIN24V； ●5.12输出接口：DVI-I,CVBS,S-VIDEO,YPbPr,RGBS,SDI 5.13电源:AC100~240V50/60Hz； 5.7电源:AC100~240V50/60Hz； 5.8功率:50VA。 6、仪器车： 多功能台车。整体组合，装卸自如，层板可调，空间多重组合，带放硬件和软件支架。 7、宫腔镜 7.1主体镜工作长度：205-210mm外径：5.0mm(免扩宫)； 7.2.内窥镜镜体全部采用不锈钢部件； 7.3持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计； 7.4镜、鞘一体化，医生操作无需反复拆卸； 7.5进出水通道可360°旋转； 7.6诊断-治疗一体。 8、宫腔镜手术器械 8.1器械工作长度：400mm器械直径：1.6mm 8.2器械可360度旋转。 8.3器械可拆卸，分为钳芯和手柄。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表九：抢救床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、技术参数：L1930*640*540/840mm 2、主要框架结构：采用优质冷轧型钢板； ●3、床面及护栏：采用ABS材质一次成型，立卧自如，并配备不锈钢可升降输液架及可安装小型氧气瓶装置。 4、床面分体设计，上体选用液压助力弹簧作支撑力源； 5、手摇柄可调整车面高度，高度为540/840mm； 6、采用中拉制刹车系统。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十：监护中央工作站(带1拖6监护仪) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、中央站技术参数 1、服务器主机 1.1采用HP或联想品牌服务器。 1.2存储容量$\geq 160\text{G}$，内存$\geq 2\text{G}$，采用英特尔酷睿2代双核处理器，主频$\geq 3\text{GHz}$。 2、显示系统 2.1采用品牌彩色TFT显示器，≥ 19英寸，分辨率$\geq 1280 \times 1024$； 2.2单屏同时显示≥ 16张床位信息，每床位信息显示包含1道波形及3个参数； 2.3重点观察界面可显示相关床位≥ 4小时全部参数趋势数据，≥ 12道波形。 3、网络功能 3.1可联网床位数≥ 64张，网络连接方式：支持有线、无线、遥测及混合联网4种组网方式； 4.2、网络控制：有双向通讯功能，通过中央监护系统可直接设置床边监护仪。 4、软件功能 4.1全息波形回顾：具有≥ 72小时的全息波形回顾。 4.2趋势图表回顾，历史病人数据存储，报警事件存储：≥ 20000个历史病人数据存储，≥ 240小时趋势图表回顾，≥ 720条报警事件存储，≥ 720条无创血压测量回顾。 二、配套监护仪招标参数 1、整机要求： 1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计； 1.2、≥ 12英寸彩色液晶触摸屏，≥ 8通道波形显示； 1.3、屏幕倾斜$10 \sim 15$度设计，便于临床观察和操作； 1.4、可支持遥控器无线远程操作监护仪； 1.5内置续航电池。 2、监测参数： 2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏监测； 2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能； 2.3心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s； 2.4提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。 2.5支持≥ 20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.6QT和QTc实时监测参数测量范围：$200 \sim 800\text{ ms}$； 2.7提供SpO₂,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿； 2.8支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.9配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿 3、系统功能： 3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求； 3.2支持肾功能计算功能，提供界面截图； 3.3具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源； 3.4支持≥ 120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾； 3.5≥ 1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值； 3.6支持48小时全息波形的存储与回顾功能；

	3.5支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘； 3.6支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式； 3.7提供心肌缺血评估工具，可以查看ST值的变化； 3.8动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十一：监护仪（有创无创） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥ 2槽位插件槽，可支持IBP，CO₂，AG和BIS任意参数模块的升级，用于扩展临床应用。 1.2≥ 12.1英寸触摸显示屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥ 10通道波形显示。 1.3屏幕倾斜10~15度设计。 2、监测参数： 2.1配置心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和两通道有创血压监测； 2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能； 2.3支持≥ 20种心律失常分析； 2.4支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果； 2.5提供SpO₂,PR和PI参数的实时监测； 2.6支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁； 2.7配置无创血压测量； 2.8提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用； 2.9提供辅助静脉穿刺功能。 ●2.10支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。 3、系统功能： 3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则； 3.2支持肾功能计算功能； 3.3具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源； 3.4支持≥ 120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾； 3.5 1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值； 3.6 1000组NIBP测量结果；120小时(分辨率1分钟)ST模板存储与回顾；支持48小时全息波形的存储与回顾功能； 3.7提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化； 3.8动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十二：输液泵 工作站（1拖5） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、基本要求: 1.1单套标准配置: 一拖五(5个输液泵); 2、主要技术参数: 2.1多通道工作站参数: 2.1.1输液工作站的每个组架能插入3个输注模块,即插即用,注射模块和输液模块的个数、位置可任意组合。使用中,移除其中任何一台泵不影响其它泵的工作连续性,可热插拔; ●2.1.2扩展性: 每2-5个组架之间可自由组合在一起,按照3、6、9...15扩展,无需辅助工具和任何附件,组合后最多可安装15台输注泵; 2.1.3组架电源: 2.1.3.1组架只需要一根电源线中央集中供电; 2.1.3.2电源: 交流电源100V到240V, 50/60Hz; 2.1.3.3组架与输注泵的电源接口: 与数据传输和电源传输共用一个接口; 2.1.4组架上具有功能顶盖: 2.1.4.1组架上的顶盖具有声、光及明确的闪动符号报警功能(光报警颜色为红、黄、绿); 2.1.4.2组架上的顶盖上配备有独立把手,安装固定快捷简单; 2.1.5数据端口可插入条码扫描器、护士呼叫器; 2.2输液泵模块参数: 2.2.1≥6种输液模式可选: 速度模式、时间模式、体重模式、点滴模式、序列模式、级联模式(配合多通道输液工作站); 2.2.2流速范围: 0.1-1200.0mL/h,最小增量为0.1mL/h; 2.2.3输液精度: $\leq \pm 5\%$; 2.2.4KVO速度:0.1-5.0mL/h可调; 2.2.5分低、中、高三级报警,并分别以声光提示,同时显示具体报警信息; 2.2.6气泡检测: 最小可检测25ul气泡; 2.2.7防药液自流: 智能阻断技术,泵门打开时,保证液体不会任意流出; 2.2.8泵门和止液夹: 输液泵有电动止液夹和电动泵门控制; 2.2.9报警输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、级联序号重复、无法启动输液、待机结束; 2.2.10其他: 2.2.10.1再报警功能: 静音报警声音后,若仍然存在报警,约2分钟后,将继续报警; 2.2.10.2阻塞降压功能: 智能降压防止过量输液; 2.2.10.3夜间模式: 可自动降低亮度和报警音量,时间段可调; 2.2.10.4能够存储、回放≥2000组历史信息记录; 2.2.10.5屏幕显示亮度9级可调; 2.2.10.6报警音量11级可调; 2.2.10.7模块化插装结构设计,泵与泵之间可以方便组合成多道泵;可升级为多通道输注工作站,即插即用,可热插拔; 2.2.10.8可选配置无线网络模块,可与静脉输注中央站连接; 2.2.10.9可与静脉输注中央站实现语音通话功能;

	2.2.10.10可与静脉输注中央站实现护士呼叫功能; 2.2.10.11可连接条码扫描仪,快速录入患者信息. 2.2.11内置锂电池在中速(25ml/h)状态下,工作时间不小于5个小时.
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十三：抢救床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、技术参数：L1930*640*540/840mm 2、主要框架结构：采用优质冷轧型钢板； ●3、床面及护栏：采用ABS材质一次成型，立卧自如，并配备不锈钢可升降输液架及可安装小型氧气瓶装置。 4、床面分体设计，上体选用液压助力弹簧作支撑力源； 5、手摇柄可调整车面高度，高度为540/840mm； 6、采用中控制刹车系统。
说明		打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十四：热合机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、热合能力：每次充电后在20°C(68°F)下大约可以热合1500条外径最大为5mm的PVC管； 2、连续热合能力：50次； 3、运行模式运行：25%，间歇：75%；4、热合所需时间：0.4至3秒，取决于热合的管路类型和尺寸； 5、输入电源充电器：110VAC至240VAC/50至60Hz； 6、电池：29.6VDC,1.5Ah，锰酸锂(LilonMn)； 7、耗电充电器：30W，热合钳：最高150W； 8、手持装置：0.39千克(0.86磅)(±5)； 9、温度运行：15°C至35°C(60°F至95°F)； 10、储存：-20°C至70°C(-4°F至158°F) 11、湿度运行：10%至90%相对湿度(无冷凝) 12、储存：10%至90%相对湿度(无冷凝)
说明		打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十五：湿式溶浆机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、转速范围：起动~300r/min； 2、温控范围：室温~100℃； 3、温控精度：±0.5℃； 4、振幅：20mm工作方式：往复； 5、加热功率：2000W； 6、定时范围：0-120min或常开； ●7、20个血浆袋槽：可放250毫升/500毫升血浆袋； 8、外形尺寸：≥1200×450×480mm； 9、温控精确数字显示； 10、设有机械定时。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十六：黄疸仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、技术规格： 1、测量方式：光反射式； 2、显示方式：液晶显示； 3、光源：LED发光二极管； 4、示值误差：0-25mg/dL±1.0mg/dL； 5、电源：锂电池DC3.7V、≥1500mAh，一次充足电后可检测800次以上； 6、校验色屏：白色端面为0，黄色端面为16.0±1.0。 二、主要功能： 1、测量单位同时显示功能：可分别显示μmol/L、mg/dL。 2、数据存储功能：具有存储200条测量数值的功能。 3、计算平均值功能：显示“AVERAGE(n)”的数据、单位。“(n)”为2-5次，递增；同时可清除前一次数据，“(n)”退1，数据同时退一次；“(n)”为1和5时，不可清除。 4、开启准备时间：开机即用，无需准备。 5、电池电压检测功能：当测试仪电池电压过低时，屏幕具有显示功能。 6、自动关机功能：不在充电状态下，测试仪停止操作，放置10分钟后自动关机。 7、电池电量显示：屏幕右上角显示电量剩余数据。 8、充电显示功能：仪器充电时，显示屏点亮并具有显示功能”。 9、充电自动保护功能：当测试仪电池充到4.2V±0.05V时，自动停止充电(充电电流小于等于20mA)。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十七：阴道冲洗机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1、性能要求： 1.1冲洗水压力：$\leq 0.004\text{MPa}$； 1.2臭氧水流量：0.8L-1.0L/min； 1.3臭氧水浓度:0.1mg/L-15mg/L 1.4冲洗液加热范围:30℃-40℃；误差不大于10%。 ●1.5超温保护:当冲洗液温度超过45℃时加热和冲洗都不能工作，并报警提示。 1.6臭氧气流量:1.0~2.2L/min； 1.7臭氧气浓度:$\geq 100\text{mg/m}^3$ 1.8仪器噪声:$\leq 60\text{dB(A)}$； 1.9仪器雾化率:$\geq 10\text{mL/h}$。 2、功能要求： 2.1臭氧水治疗：治疗仪具有臭氧水冲洗只来功能。 2.2臭氧雾治疗：治疗仪具有臭氧雾治疗功能，。 2.3臭氧气治疗：治疗仪具有臭氧气治疗功能。 2.4自动加水：治疗仪具有自动加水功能 2.5报警功能：治疗仪具有水箱超温报警、水箱缺水报警、雾化盒缺水报警功能，报警形式为操作界面弹 窗和语音提示。 2.6恒温加热：治疗仪具有加热并维持恒温功能。 2.7臭氧水制备功能：水制备为往水桶内鼓吹臭氧气，时间为5分钟误差5秒。 2.8冲洗水压力调节：调节等级为1-10级。 2.9冲洗控制:仪器的臭氧水冲洗受控制屏和脚踏开关的控制
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十八：妇产手术器械包 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1、名称：手术刀柄型号：3#数量及单位：1把 2、名称：手术刀柄型号：7#数量及单位：1把 3、名称：手术剪型号：140，直圆数量及单位：2把 4、名称：手术剪型号：140，弯圆数量及单位：1把 5、名称：医用镊型号：125，直数量及单位：2把 6、名称：医用镊型号：200，直数量及单位：1把 7、名称：组织镊型号：125，1×2钩数量及单位：2把 8、名称：组织镊型号：200，1×2钩数量及单位：1把 9、名称：环形输卵管镊型号：200×Φ6数量及单位：1把 10、名称：环形输卵管镊型号：200×Φ8数量及单位：1把 11、名称：环形输卵管镊型号：200×Φ10数量及单位：1把 12、名称：组织钳型号：160，直数量及单位：4把 13、名称：海绵钳型号：250×10，直有齿数量及单位：1把 14、名称：海绵钳型号：250×12，弯无齿数量及单位：1把 15、名称：帕巾钳型号：110，尖头数量及单位：4把

1	16、名称：帕巾钳型号：140，尖头数量及单位：6把
	17、名称：骨盆测量计型号：140，耻骨角度数量及单位：1把
	18、名称：骨盆测量计型号：200，内径数量及单位：1把
	19、名称：双翼阴道手术扩张器型号：92×34，可调式数量及单位：2把
	20、名称：子宫颈活体取样钳型号：180，盖板式，长圆形数量及单位：1把
	21、名称：会阴剪型号：180，侧弯数量及单位：1把
	22、名称：子宫息肉钳型号：250×3，弯数量及单位：1把
	23、名称：子宫息肉钳型号：250×6，弯数量及单位：1把
	24、名称：子宫刮匙型号：280×6（6#），锐，环形，简易柄数量及单位：1把
	25、名称：子宫刮匙型号：280×8（8#），锐，环形，简易柄数量及单位：1把
	26、名称：子宫刮匙型号：280×10（10#），锐，环形，简易柄数量及单位：1把
	27、名称：子宫刮匙型号：280×10（10#），钝，环形，简易柄数量及单位：1把
	28、名称：子宫刮匙型号：280×12（12#），钝，环形，简易柄数量及单位：1把
	29、名称：子宫刮匙型号：280×15（15#），钝，环形，简易柄数量及单位：1把
	30、名称：输卵管提取板钩型号：280数量及单位：1把
	31、名称：子宫主韧带钳型号：210×5，头角弯，竖齿数量及单位：1把
	32、名称：止血钳型号：125，直蚊，全齿数量及单位：4把
	33、名称：止血钳型号：125，弯蚊，全齿数量及单位：4把
	34、名称：止血钳型号：140，直，全齿数量及单位：6把
	35、名称：止血钳型号：140，弯，全齿数量及单位：8把
	36、名称：止血钳型号：180，直，全齿数量及单位：4把
	37、名称：止血钳型号：180，弯，全齿数量及单位：4把
	38、名称：持针钳型号：180，直，粗针数量及单位：1把
	39、名称：持针钳型号：180，直，细针数量及单位：1把
	40、名称：阑尾拉钩型号：205，钩17×22/17×38，双头数量及单位：1把
	41、名称：阑尾拉钩型号：210，钩17×31/17×43，双头数量及单位：1把
	42、名称：拉钩型号：205，22×25/28×35，方头数量及单位：1把
	43、名称：拉钩型号：210，22×30/28×40，方头数量及单位：1把
	44、名称：腹壁拉钩型号：280，37×60/45×80，空心柄，双头数量及单位：2把
	45、名称：压肠板型号：350，直板数量及单位：1把
	46、名称：深部拉钩型号：240×50×120，板式数量及单位：1把
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十九：电动妇科检查床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1、参数 1.1电动整床水平升降； 1.2电动背部升降； 1.3臀部半圆形凹槽板设计； 1.4配备冲洗液收纳盘； 1.5配备冲洗液收纳盘； 1.6按键及脚踏开关双系统控制； 1.7输液支架； ●1.8四轮配置静音万向轮、全配置锁定机构； 1.7防紫外线抗菌防水仿皮面； 2、配置： 2.1四轮刹车控制系统； 2.2电动病床配有脚踩刹车系统。 2.3可选配置：臀部板前倾15°、后倾20° 3、规格尺寸： 3.1床面长度：1300±20mm，床面宽度：650±20mm； 3.2全长：1400±20mm； 3.3电动升降高度：低位：600±20mm； 3.4高位：900±20mm； 3.5背部升降角度：0-55度； 3.6背板长：850±20mm； 3.7臀部床板宽400mm，凹槽开口长300mm,长180mm； 3.8整体升降动态承重最大175kg。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照磋商文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一、评审要求

1.评审方法

磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审原则

2.1磋商小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件规定的办法进行评审。

3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或更正；

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商；

（4）对响应文件进行比较和评价；

（5）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.响应无效的情形

- (1) 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应磋商文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

7.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其补充通知规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定的其他情形。

8.成交

评审结束后，磋商小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二、落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（综合服务能力提升设备购置项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5供应商属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评审程序

1.资格审查

1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

磋商小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

资格审查表

综合服务能力提升设备购置项目

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人 2021 或 2022 年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1. 提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2. 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前 3 年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	(1) 代理商须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，如是生产企业须具有有效的《医疗器械生产许可证》； (2) 所投产品在《医疗器械分类目录》内的，需具备有效的《医疗器械产品注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》（不属于医疗器械管理的无需提供）

2.符合性审查

2.1 磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2 符合性审查中有任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

综合服务能力提升设备购置项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1. 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2. 响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3. 磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6.综合评分

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

综合服务能力提升设备购置项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 55.0分 商务部分 15.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	根据所投设备各项技技术参数进行评审 (38.0分)	根据所投设备各项技术参数进行评审。标记●技术参数每有一项负偏离扣2分，其他参数每有一项负偏离扣1分，扣完 38分 为止。（其中标记●技术参数需要提供检测报告，或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证文件，佐证文件需加盖生产厂家的公章，未提供佐证文件视为负偏离）。（温馨提示：标记●参数在偏离表中标注出相应佐证材料页码及佐证相应参数的文字描述或图解用下划线或箭头等显著标记， 以免出现评审时漏评、错评等问题）
	根据供应商提供的所投产品的整体质量及稳定性、配置的科学性及合理性、操作的便捷性、生产工艺的先进（应用新技术、新材料）、安全性、可维护性等进行评审。 (7.0分)	根据供应商提供的所投产品的整体质量及稳定性、配置的科学性及合理性、操作的便捷性、生产工艺的先进（应用新技术、新材料）、安全性、可维护性等进行评审。①整体质量状况非常好，稳定性非常高，配置非常科学、合理，操作非常便捷，工艺先进、使用安全性非常高、维护性非常便捷简单,得 7分 ；②整体质量状况比较好，稳定性比较高，配置比较科学、合理，操作比较便捷，工艺先进、使用安全性比较高、维护性比较便捷简单，得 5分 ； ③整体质量状况、稳定性一般，配置科学性、合理性、操作便捷性、工艺先进、使用安全性、维护性一般、整体舒适性一般，得 3分 ； ④整体质量状况、稳定性较差，配置不够科学、合理，操作不够便捷，工艺先进、使用安全性、维护性较差，得 1分 ；⑤未提供此项内容的，得 0分

	根据供应商提供项目实施方案进行评审 (5.0分)	根据投标人的供货进度、安装、组织安排验收等项目实施方案情况进行综合评审。①供货进度计划合理、安装方案完整 合理、组织安排得当，验收方案详细合理，得5分；②供货进度计划较合理 、安装方案较完整合理、组织安排较得当，验收方案较详细合理，得3分； ③供货进度计划基本合理、安装方案基本合理、组织安排基本得当，验收方 案基本合理，得2分； ④供货进度计划合理性较差、安装方案合理性较差、 组织安排得当性较差，验收方案合理性较差，得1分。 ⑤未提供此项内容的 得0分；
	根据供应商提供的培训方案进行评审 (5.0分)	根据供应商提供的培训方案进行评审。①培训方案非常全面、科学、合理、可行得5分；②培训方案比较全面、科学、合理、可行得3分；③培训方案基本全面、科学、合理、可行得2分；④培训方案不够全面、科学、合理、可行得1分；⑤未提供此项内容的得0分。
商务部分	类似销售业绩 (6.0分)	根据供应商或总代理或制造商提供的自2019年1月1日以来的同类产品的销售业绩进行评审，每提供一份有效业绩（需提供销售合同或中标通知书）得2分，最多得6分。
	根据供应商提供的售后服务方案进行评审 (9.0分)	供应商提供的项目售后服务及承诺、本地化服务机构等内容进行评审。表述非常全面、清晰、科学、可行、对本项目特点有针对性解决方案得9分； 表述比较合理、可行、规范、有可操作性得7分；内容表述基本合理、可行、规范得4分；内容不完整、可行性及可操作性表述不清的得2分；未提供 或不满足要求得0分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

7.汇总、排序

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六章 合同与验收

一、合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1. 政府采购合同（合同名称及编号） 2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4. 投标（响应）文件 5. 供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

供应商代表签字：
年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

供应商按照以下格式编制响应文件。

响应文件封面格式：

（项目名称）

响应文件

（正本/副本）

项目编号：

包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

（供应商名称）（盖章）

年 月 日

响应文件目录格式：

目 录

- 一、响应承诺书
- 二、首轮报价表
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳磋商保证金证明材料
- 六、供应商基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、供应商业绩情况表
- 二十一、各类证明材料

响应文件正文格式：

一、响应承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的采购，项目编号：_____，我方自愿参与，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目磋商文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方在报价表中的报价为响应总报价。

四、我方同意提供贵方要求的与磋商有关的任何数据和资料。

五、我方将按照磋商文件、响应文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

六、我方响应报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方提供的响应文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

九、若我方成交，愿意按有关规定及磋商文件要求缴纳代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、首轮报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表，若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表，且与“投标客户端”生成的首轮报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

首轮报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称

序号	采购项目名称/包名称	总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

首轮报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

三、分项报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

（一）货物

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

（二）服务

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1								

1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

（三）工程

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	项目经理	执业证书	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	项目经理	执业证书	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									

...	...									
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

供应商（盖章）：

日期：

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的采购，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改磋商项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

五、缴纳磋商保证金证明材料

供应商应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

供应商提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加_____（项目名称）的采购，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体采购事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加采购活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 磋商文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

供应商名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	技术要求		响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“技术要求”栏应详细列明磋商文件中的技术要求。

2.“响应内容”栏填写供应商对磋商文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按磋商文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

二十、供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

二十一、各类证明材料

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。