

至诚工程咨询有限公司

竞争性谈判文件

采购及2022年辅助器具采购项目

项目名称：翁牛特旗残疾人联合会采购2022年残疾人康复中心设备

项目编号：CFZCWQS-J-H-220209

2022年09月

第一章 谈判邀请

至诚工程咨询有限公司受翁牛特旗残疾人联合会委托，采用竞争性谈判方式组织采购2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目项目。欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目

批准文件编号：赤财购备字[2022]翁旗01105号

采购文件编号：CFZCWQS-J-H-220209

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	技术规格、参数及要求	预算金额（元）
1	2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目	1	详见谈判文件	673,289.00

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目）：

1)供应商若为代理商须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商若为生产企业须具有有效的《医疗器械生产许可证》；所投产品如在《医疗器械分类目录》内的须具有《医疗器械产品注册证》；（不属于医疗器械管理无须提供）

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取谈判文件的期限：详见谈判公告；

获取谈判文件的地点：详见谈判公告；

获取谈判文件的方式：供应商可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、赤峰市公共资源交易网查阅采购信息、预览谈判文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取谈判文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照谈判文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.采购文件售价

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见谈判公告

投标地点：详见谈判公告

开标时间：详见谈判公告

开标地点：详见谈判公告

六.联系方式

采购代理机构名称：至诚工程咨询有限公司

地址：山东省济宁市邹城市邹城市太平东路2777号

邮政编码：273500

联系人：至诚工程咨询有限公司

联系电话：15547668620

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见供应商须知

账号：详见供应商须知

采购单位名称：翁牛特旗残疾人联合会

地址：农牧业大厦一楼东侧

邮政编码：

联系人：鹿英杰

联系电话：18847651200

至诚工程咨询有限公司

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	竞争性谈判
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标办法	最低评标价法
6	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
7	获取谈判文件时间 (同谈判文件提供期限)	详见谈判公告
8	保证金缴纳截止时间 (同递交响应文件截止时间)	详见谈判公告
9	电子响应文件递交	电子响应文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
10	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 非加密的电子版投标文件U盘（或光盘）0份（开标现场递交） (3) 纸质投标文件正本0份，副本0份，副本可以是正本签字盖章后的复印件(开标现场递交)。

11	成交人确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受
14	采购机构代理费用	收取
15	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
16	投标保证金	本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请供应商按照本谈判文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。 同时，本项目允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，供应商应当在响应文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。 备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。 2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 系统自动生成的缴交账户名称。 开户银行：供应商在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取谈判文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。 银行账号： 内蒙古自治区政府采购网根据供应商选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。 特别提示： 1、供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（采购编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

17	电子招投标	各供应商应当在投标截止时间前上传加密的电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”，未在投标截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃投标。供应商因系统或网络问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话0476-8366132。 不见面开标（远程开标）： 1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许供应商导入非加密电子响应文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子响应文件进行评审。 2. 电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台的最终版指定格式电子响应文件。 3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供应商请自行留存。 4. 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本采购公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5. 开标时供应商应当使用 CA 锁在开始解密后30分钟内完成响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各供应商在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA锁的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南）） 6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照谈判文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 （1） 供应商未按谈判文件要求参加远程开标会的； （2） 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密； （3） 经检查数字证书无效的响应文件； （4） 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。 7. 供应商必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子响应文件解密。 8. 本项目采用远程谈判的方式进行谈判，供应商的法定代表人或其授权代表应当按照谈判小组确定的时间和顺序进行谈判。谈判小组或工作人员按照供应商所登记的联系人和联系电话通知谈判时间或谈判的有关事项，若无法取得联系或未在规定时间内进行应答或报价的，将视为其自动放弃，按无效投标处理。（请各供应商在参加谈判和报价以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正式使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））
18	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
19	投标客户端	投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。
20	有效供应商家数	包1： 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。

21	报价形式	合同包1（2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目）:总价
22	现场踏勘	否
23	其他	
24	项目兼头兼中规则	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式

1.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

供应商须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）供应商库填写相关信息后才可进行网上投标操作，在线办理ca证书手续，登录“内蒙古自治区政府采购”官网，查看“全区政府采购数字证书互联互通统一安全认证体系CA厂商征集结果公示（<http://www.nmcp.gov.cn/2020/08/102848.html>），可按照公示最下方附件指导及时办理CA数字证书。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，点击“获取采购文件”按钮进入获取采购文件页面，要进行投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目谈判文件，并按照本谈判文件的要求制作、上传电子响应文件。

同时，满足本谈判文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的，每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示：

2.1 由于投标保证金到账需要一定时间，请供应商在投标截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为谈判文件的组成部分），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开采购项目，是以谈判公告的方式邀请非特定的供应商参加投标。

2.适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次采购项目活动组织方。本谈判文件的采购代理机构特指至诚工程咨询有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“谈判小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5“成交人”是指经谈判小组评审确定的对谈判文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

- 6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。
- 6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。
- 6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
- 6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。
- 6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
- 6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

- 7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。
- 7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。
- 7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

- 8.1谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人按谈判文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
- 8.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据，不构成对谈判文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.谈判文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构需对谈判文件作实质性变动的，应当在规定的截止时间前3个工作日以公告形式告知所有参加谈判的供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、和“赤峰市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告。澄清或者变更公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于谈判文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和谈判文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

（1）供应商在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未成交人投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）成交人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）成交后，无正当理由放弃中标资格；
- （2）成交后，无正当理由不与谈判人签订合同；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- （4）不按照谈判文件要求提交履约保证金；

- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

5.响应文件的修改和撤回

供应商在提交投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

在提交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

6.响应文件的递交

在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点或模式进行投标的概不负责。

7.样品（演示）

7.1谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，成交人与采购人共同清点、检查和密封样品，由成交人送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、成交通知书发放

1.开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称；
- (4) 开标结束，响应文件移交谈判小组。

1.2开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3备注说明：

1.3.1若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.3.2若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.3.3供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

成交人确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和赤峰市公共资源交易网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和赤峰市公共资源交易网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.成交通知书发放

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件

或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

注：对谈判文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的采购文件的证明材料（在供应商系统中自行截图

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本谈判文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

成交人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照谈判文件、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写成交供应商）

地址（详细地址）：

合同号：（填写签订合同一次性告知书中合同号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、成交结果公告及成交通知书
- 3、谈判文件
- 4、响应文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见磋商文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

（一）乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（二）其他售后服务内容：（响应文件售后承诺等）

十二、违约条款

（一）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额 的违约金。

（二）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（一）提交 仲裁委员会仲裁。

（二）向 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：（章）

乙方：（章）

采购方法人代表：（签字）

供应商法人代表：（签字）

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

联系电话：

联系电话：

签订时间

年 月 日

附表：标的物清单（主要技术参数需与响应文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

第四章 谈判内容与技术要求

一. 项目概况：

采购一批残疾人康复中心康复设备和一批辅助器具，参数详见技术参数表

合同包1（2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	政府采购合同签订之日起15日历日内交齐全部设备并安装调试完毕
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期： 支付比例 90% ，供应商在完成交货、安装、调试、验收合格后，凭《验收书》支付合同总价款的 90% 2期： 支付比例 10% ，剩余合同总价款的 10% 作为质量保证金，从签署《验收书》之日起计，设备使用一年后如无质量问题无息付清
验收要求	1期： 由采购人代表和采购人组织专家组成验收小组，按政府采购合同规定的内容进行验收，验收合格签署《验收书》
履约保证金	不收取
其他	供货要求：（1）中标供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品，质量达到国家有关标准规范的合格要求，交货时须先出具符合国家规定的货物说明书和货物合格证书等有关货物的合格证明材料、详细技术资料等资料，由采购人进行核验。中标供应商应保证所供产品与投标文件中承诺的一致，否则取消中标资格并承担相应处罚。货物到达采购人指定地点后，采购人验收小组对货物进行验收，验收合格方可交货。（2）中标供应商应严格按国家标准规范及技术标准进行货物的安装调试，保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。（3）所涉及到的所有材料必须符合国家相关标准。 质保要求：（1）此项目采购的所有设备均提供至少一年质保，厂家另行承诺的按厂家承诺为准。质保期内供应商对其提供的所有产品进行免费维修、维护、更换。质保期自采购人在《验收报告》签字之日起计算。（2）质保期过后，供应商将继续提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费，不再收取任何其他费用。（3）在货物的设计使用寿命期内，供应商必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对货物定期维护保养，确保货物正常使用。 售后服务及培训要求：（1）供应商应在合同规定时间内完成设备的安装调试，并达到技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。（2）供应商免费提供用户现场安装、调试及培训，学会为止。（3）要求无论中标供应商采取何种方式，采购人只接受在接到维修通知后1小时内响应，24小时内做出有效处理，维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过7日内将货物修好。节假日照常服务。若中标供应商在收到通知后7日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标供应商承担。

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		助残器具	手动轮椅	辆	70.00	450.00	31,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一
2		助残器具	手动轮椅(带坐便器)	辆	50.00	450.00	22,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二
3		助残器具	助听器	台	50.00	2,780.00	139,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三
4		助残器具	护理床	张	15.00	2,200.00	33,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四
5		助残器具	助行器	台	10.00	190.00	1,900.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五
6		助残器具	防褥疮气垫	张	15.00	300.00	4,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六
7		助残器具	坐便椅	张	5.00	260.00	1,300.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表七
8		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	OT桌	张	1.00	1,580.00	1,580.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表八
9		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	OT综合训练工作台	套	1.00	12,000.00	12,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九
10		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	可调式砂磨板及附件	套	2.00	2,300.00	4,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十
11		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	钻滚筒	个	2.00	1,370.00	2,740.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十一
12		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	站立架【站与座】	台	1.00	2,760.00	2,760.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十二
13		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	平衡板	张	2.00	630.00	1,260.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十三

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
14		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	辅助步行训练器	台	2.00	10,600.00	21,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十四
15		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	矫正镜	面	2.00	1,590.00	3,180.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十五
16		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	训练用阶梯（成人）	套	2.00	6,600.00	13,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十六
17		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	步行训练用斜板	套	2.00	2,800.00	5,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十七
18		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	平行杠（成人）	套	2.00	4,850.00	9,700.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十八
19		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	重锤式手指肌力训练桌	张	2.00	1,800.00	3,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十九
20		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	下肢功率车	辆	2.00	1,890.00	3,780.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十
21		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	偏瘫康复器	台	2.00	1,100.00	2,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十一
22		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	多功能训练器	套	2.00	14,100.00	28,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十二
23		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	滑轮吊环训练器	付	2.00	430.00	860.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十三
24		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	肢体康复训练器	台	2.00	5,280.00	10,560.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十四
25		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	站立架【成人】	台	2.00	1,720.00	3,440.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十五
26		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	儿童站立架	套	2.00	1,600.00	3,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十六

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
27		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	组合皮软垫	套	2.00	1,250.00	2,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十七
28		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	腕指牵伸肌力训练器	套	1.00	1,560.00	1,560.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十八
29		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	体位垫	个	2.00	720.00	1,440.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十九
30		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	直立康复训练床	张	2.00	21,800.00	43,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十
31		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	智能体感OT球	套	1.00	16,000.00	16,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十一
32		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	儿童梯椅	张	1.00	1,260.00	1,260.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十二
33		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	引导式训练组合	套	1.00	6,500.00	6,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十三
34		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	波波池	套	1.00	4,950.00	4,950.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十四
35		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	踝关节训练器	台	1.00	3,800.00	3,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十五
36		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	股四头肌训练椅	张	1.00	3,500.00	3,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十六
37		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	液压式踏步器	台	2.00	1,480.00	2,960.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十七
38		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	运动康复训练床	张	1.00	2,650.00	2,650.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十八
39		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	训练用阶梯（儿童）	架	1.00	4,900.00	4,900.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十九

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
40		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	平行杠（儿童）	套	1.00	5,900.00	5,900.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十
41		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	坐姿矫正椅	张	2.00	1,500.00	3,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十一
42		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	训练浪桥	套	1.00	5,600.00	5,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十二
43		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	训练滑梯	台	1.00	8,580.00	8,580.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十三
44		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	儿童保护头盔	只	2.00	690.00	1,380.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十四
45		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	儿童蹦跳器	件	1.00	1,580.00	1,580.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十五
46		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	巴氏球74cm	个	2.00	450.00	900.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十六
47		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	花生球56cm	个	2.00	590.00	1,180.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十七
48		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	踩踏石	组	1.00	1,020.00	1,020.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十八
49		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	平衡步道	套	1.00	2,200.00	2,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十九
50		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	按摩大龙球	个	1.00	590.00	590.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十
51		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	平衡触觉板	套	1.00	2,200.00	2,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十一
52		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	万象组件	组	1.00	2,980.00	2,980.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十二

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
53		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	电动减重步态训练器	台	1.00	39,600.00	39,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十三
54		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	上下肢运动康复训练器	台	1.00	88,000.00	88,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十四
55		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	早期行为干预卡片	套	1.00	3,950.00	3,950.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十五
56		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	心理障碍干预卡片	套	1.00	3,950.00	3,950.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十六
57		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	语言能力评估训练卡片	套	1.00	2,500.00	2,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十七
58		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	无线说话方块	套	1.00	28,000.00	28,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十八
59		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	童趣静电贴点读套装	套	2.00	3,200.00	6,400.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十九
60		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	认知玩具	套	1.00	799.00	799.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六十

附表一：手动轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整车长度：≥1010mm，整车宽度：≥670mm，整车高度≥890mm 坐宽度：≥460mm，座高度：≥460mm，座进深≥400mm,扶手高≥710mm，靠背高≥420mm，大轮直径≥610mm，小轮直径≥170mm，最大载荷：≥100kg。
	2	椅架：优质钢管喷涂，管直径≥22mm，管壁厚≥1.2mm，固定式扶手，脚托、脚踏板高度可调节。
	3	把手：佩带有手刹。
	4	座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背，配有安全带。
	5	前轮：直径≥170mm。
	6	后轮：直径≥610mm。
	7	刹车：配置高强度手动刹车。
	8	扶手：固定扶手，配优质PVC扶手垫、配有护板。
	9	脚踏板：可调高低踏板，踏板与车架连接牢靠，无前后移动、脱落等缺陷。
	10	产品符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：手动轮椅(带坐便器) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、整车长度：≥1010mm,整车宽度：≥670mm,整车高度≥890mm 坐宽度：≥460mm,座高度：≥460mm,座进深≥400mm,扶手高≥710mm，靠背高≥420mm，大轮直径≥610mm,小轮直径≥170mm，最大载荷：≥100kg。
	2	椅架：优质钢管喷涂，管直径≥22mm，管壁厚≥1.2mm，固定式扶手，脚托、脚踏板高度可调节。
	3	把手：佩带有手刹。
	4	座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背，配有安全带。
	5	前轮：直径≥170mm
	6	后轮：直径≥610mm
	7	刹车：配置高强度手动刹车。
	8	扶手：固定扶手，配优质PVC扶手垫、配有护板。
	9	脚踏板：可调高低踏板，踏板与车架连接牢靠，无前后移动、脱落等缺陷。
	10	软坐垫，正面开有U型厕口，带塑料便盆，厕桶：容量大，防溅出效果好，易清洁。产品符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准。 产品符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：助听器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	最大声输出≥135.8 dB SPL
	2	满档声增益≥69.5 dB
	3	电感灵敏度≥114.5 dB SPL
	4	总谐波失真≤2.2
	5	频率响应200-5222Hz
	6	等效输入噪声≤9.1 dB SPL
	7	全数字信号处理；双耳电话功能；双麦克风技术；
	8	耳鸣管理功能独立调节通道：≥6 个；可选验配公式：≥5 个；独立可调频段数：≥6 个，自然耳技术；聆听程序：≥4 个
	9	智能控制系统；具有自动声反馈抑制设置
	10	支持无线验配；具有突发噪声抑制
	11	自适应噪声抑制；具有风噪声抑制
	12	兼容FM系统；具有高频重塑
	13	具有开机延时功能和双耳互联功能
	14	具有数据储存；低电压提示，可调节提示音频率和强度
	15	具有支持开放耳选配；原位测听功能
	16	具有宽动态范围压缩；IP68 防风防潮防尘外壳设计
	17	具有方向性麦克风
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：护理床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	背框和腿框调节方式：可手动调节；
	2	背框最大折起角度：≥65°
	3	腿框最大折起角度：≥50°

	4	脚框最大折起角度：≥120°
	5	一体式床边护栏：长度810mm，高度380mm，（允差±5）；
	6	护理床基本尺寸 a）、床面长度：2072±15mm b）、床面宽度：940mm，（允差±5）； c）、床面离地固定高度：500±10mm。
	7	静态承载重量大于200kg，（允差±5）；
★	8	静载试验强度要求：将床固定，在床板上施加2倍安全工作载荷，保持1h后卸载，卸载后床面板应无损坏，升降架各部件不产生变形，各项功能应工作正常（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证）
	9	床边偏移要求：将床固定，施加2250N载荷，在床板边缘位置的偏移量应小于40mm，卸载后相对于地面的垂直位移应小于10mm，并且床在试验过程中及试验后应无任何损坏。
	10	最大使用者质量：≥135kg。
	11	脚轮：4个5寸万向静音脚轮
★	12	脚轮定位：按静载试验强度和床边偏移要求试验时，脚轮应可靠定位，脚轮移位不应大于10mm。（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证）
	13	产品特性： a）、背框和腿框采用手动的方式进行角度调节； b）、采用透气防水床垫； c）、一体式床边护栏采用抽拔式快速装配方案，一步可以实现装拆，无需额外固定； d）、床头板和床尾板可实现快速拆卸； e）、配有四个万向静音脚轮，方便来回挪动床体，轮子上面配有刹车功能，当不需要移动床体时，可通过刹车装置，将床体稳稳固定于所需位置； f）床面采用网格格栅结构，床架采用60×30方管焊接而成； g）背框和脚框升起时采用丝杆推力实现，下落时靠自身重力实现。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：助行器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（长×宽×高）：500mm×600mm×（800mm～960mm）
	2	折叠尺寸（长×宽×高）：800mm×600mm×100mm
	3	手柄套宽度：20mm～50mm
	4	产品用途要求：辅助代步用具，可折叠。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：防褥疮气垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸：2200mm×1000mm
	2	产品性能：材质采用优质尼龙PVC材料制作，柔软舒适，经久耐用，有效防治褥疮。波动式床垫，最大出气压：不大于14kpa。电源电压：AC220v 50Hz,每8-10分钟循环充放气，气床垫充气后柔软舒适，1、3、5……气道与2、4、6……气道交替充气，起到通风换气、变换支撑点的作用，从而防止褥疮的产生，特点：每一个气条都可以拆下，方便洗换。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：坐便椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格尺寸：540×540×680-780mm（长 宽 高）座高410mm-510mm、座深430mm、座宽450mm。
	2	产品性能：优质钢管，大架管直径≥22mm，管壁厚度≥1.0mm，腿部管直径≥25mm，管壁厚度≥1.0mm，表面静电喷塑处理，带靠背、固定扶手，安全性能好美观耐用。高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，≥5档调节。

	3	座便器：厕板与便桶采用优质工程聚丙烯材质，强度好、触感舒适、美观坚固、座便器可卸下、大架可折叠。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：OT桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（长×宽×高）：1200mm×800mm×605mm
	2	桌面升降范围：605～845mm
	3	桌面尺寸（长×宽）：1200mm×800mm
	4	手柄转动力矩：≤10N•m
	5	产品特性：a）、桌面高度可调，适合不同身高人群使用。b）、配模拟作业工具，可进行手工作业训练。 6、产品用途：作业训练用桌，桌面高度可按需进行调节，至少配模拟作业工具一套。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：OT综合训练工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成：至少由上肢协调功能练习器、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈、木制图形插板（几何）、木制图形插板（认知）、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮等组成。
	2	操作台外形尺寸（长×宽×高）：1400mm×615mm×1040mm
	3	左右操作面板外形尺寸（长×宽×高）：400mm×600mm×15mm
	4	操作面板高度调节范围：555mm～855mm
	5	产品特性:a）、侧板高度可调，适合不同身高人群使用。b）、侧板可快速拆卸，节省存放空间。c）、配有带刹脚轮，方便移动。d）、至少由12套训练器材组合搭配，可进行综合训练。e）、训练结束后各器具可整理、收集在柜中，节约放置空间。6、产品用途：适用于改善手指功能、提高眼手协调功能，训练感知能力及大脑对图形的识别能力，训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：可调式砂磨板及附件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（长×宽×高）：900mm×700mm×650mm
	2	砂磨板台面尺寸：900mm×700mm
	3	砂磨板角度调节范围：0°～75°
	4	附件：至少包含：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1件
	5	产品用途：适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：钻滚筒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸(外径×长度): Φ612mm×762mm
	2	产品用途：适用于3～5岁的儿童进行预防和纠正不良直立姿势。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：站立架【站与座】 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（长×宽×高）：930mm×660mm×920mm
	2	凳面高度：460mm，（允差±5）；
	3	凳面宽度：460mm，（允差±5）；

	4	臀部垫（座垫）转动角度：90°，（允差±5）；
	5	台面前后可调距离：360mm，（允差±5）；
	6	台面上下调节距离：370mm，（允差±5）；
	7	膝垫前后可调距离：180mm，左右调节距离：90mm，（允差±5）；
	8	踏脚板额定承载：1600N，（允差±5）；
	9	摆台及臀部绑带额定承载：800N，（允差±5）；
	10	背部绑带额定承载：400N，（允差±5）；
	11	产品用途：适用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。
	12	产品特性（儿童型）： a）、可以用于10岁以下儿童进行站立训练。 b）、台面前后可调，以适应不同体型的儿童使用。 c）、台面高度可调，以适应不同身高的儿童使用。 d）、站立和坐立姿势可进行互换，方便儿童休息。 e）、配有脚轮，方便移动。 f）、胸部、臀部、膝部和脚背均有绑带，方便固定。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：平衡板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（长×宽×高）：800mm×600mm×90mm
	2	面板摆动角度：-17°～+17°
	3	额定承载：2000N，（允差±50N）；
	4	产品用途：用于脑瘫，偏瘫等平衡及协调功能的训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：辅助步行训练器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：A022，1020mm×770mm×980mm A034，1120mm×770mm×970mm
	2	小臂托起高度：A022，580mm～960mm A034，780mm～1160mm
	3	转向宽度：A022，1200mm；A034，1300mm
	4	腿绑带调节行程：上下，90mm；前后，40mm；左右，40mm
	5	小腿支架活动范围：80°～120°
	6	患者可自主或由他人协助完成步行训练
	7	可根据个人情况，设定步频步长，满足个性化训练方案
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：矫正镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成：至少由镜面玻璃、框架、三角支架、脚轮组成。
	2	外形尺寸：850mm×670mm×1900mm
	3	镜面玻璃厚度：5mm；
	4	镜面带线格
	5	产品用途：用于各种姿势或表情的矫正训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：训练用阶梯（成人） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成：至少由阶梯架、阶梯、阶梯扶手、平台支架、平台、平台扶手、扶手座组成。
	2	外形尺寸（长×宽×高）：3320mm×800mm×1360mm
	3	梯面高度：100mm、120mm

	4	扶手高度调节范围：0～310mm
	5	阶梯踏板安全工作载荷：100kg，（允差±5）；
	6	产品特性 a）、扶手高度可调，适合不同身高人群进行训练。 b）、配合矫正镜，可进行步态矫正训练。 7、产品用途：适用于提高患者日常上下楼梯的功能训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：步行训练用斜板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、外形尺寸（长×宽×高）：（2010～3240）mm×850mm×355mm
	2	斜板的倾斜度（与水平夹角）：15°
	3	阶梯相邻台阶距离：85mm，（允差±5）；
	4	踏板额定承载：2000N，（允差±50N）；
	5	产品用途：用于健身和康复，训练腿部肌肉和脚部关节的活动能力，可以增强腿部力量。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：平行杠（成人） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成：至少包含由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成；
	2	外形尺寸（长×宽×高）：3350mm×855mm×780mm；
	3	两扶手杆中心调节范围：310mm～650mm；
	4	扶手杆直径：φ38mm，（允差±5）；
	5	脚踏板安全工作载荷：100 kg，，（允差±5）；
	6	矫正板踩踏面相对于水平面的夹角：150，（允差±5）；
	7	产品特性： a）、扶手杆高度可调，适合不同身高人群进行训练。 b）、扶手杆宽度可调，适用于不同体型人群进行训练。 c）、底座两端设计有斜坡，方便受训者上下。 8、产品用途：用于体育训练场和医院康复科步行康复训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：重锤式手指肌力训练桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成：至少由底架、指套、滑轮、绳索、桌面、重锤（四组）组成。其中每组重锤分别由质量为100g、200g、300g、500g的四件重锤组成；
	2	外形尺寸（长×宽×高）：810mm×610mm×1100mm；
	3	重锤质量：100g、200g、300g、500g；
	4	产品用途：用于手指肌力训练和手指关节活动度训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：下肢功率车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1125mm×505mm×1250mm；
	2	座位上下调节范围：730mm～980mm(11档)；
	3	阻尼调节档数：≥8档；
	4	座垫额定承载:2000N；

	5	产品特性：a）、采用类自行车踩踏运动锻炼下肢关节活动功能。b）、运动阻力可调。c）、前扶手架角度及座位上下高度可调，可进行骑式训练，并适合不同身高人群使用。d）、可显示训练时间、速度、距离、热量等数据。
	6	产品用途：用于健身和康复，训练腿部肌肉和腿部关节的活动能力，增强腿部力量。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：偏瘫康复器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成：至少由滑轮、绳索、拉环、立架、脚踏、脚踏板组成；
	2	外形尺寸（长×宽×高）：875mm×480mm×1675mm
	3	拉环行程：≥350mm；
	4	绳索、拉环额定载荷：500N，（允差±50N）；
	5	滑轮额定载荷：1000N，（允差±50N）；
	6	脚踏板额定载荷：2000N，（允差±50）；
	7	产品用途：用于对关节功能障碍患者进行康复训练
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：多功能训练器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成：至少包含：前臂康复训练器、腕关节康复训练器、肩关节康复训练器、复式墙拉力器；
★	2	框架外形尺寸（长×宽×高）：1810mm×1450mm×1730mm升降装置外壳材质要求：ABS工程塑料；总成材质要求：铝合金压铸一次成型（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证）
	3	产品特性：a）、可进行前臂、腕关节、肩关节、四肢的肌力训练及上肢的组合训练。b）、运动阻力可调。c）、进行肩关节训练时力臂可调。d）、进行前臂、腕关节、肩关节训练时，手握持装置的高度可调，以适应不同身高和臂长的人群。
	4	产品用途：用于对关节功能障碍患者进行康复训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：滑轮吊环训练器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成：至少包含由支架、绳索、滑轮、拉手组成。
	2	外形尺寸（长×宽×高）：710mm×145mm×1500mm；
	3	升降支架调节范围：0～470mm。
	4	产品用途：适用于肩关节活动范围的训练、关节牵引及肌力的训练，高度可调节。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：肢体康复训练器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（长×宽×高）：520mm×460mm×560mm
	2	拉手杆高度调节距离：≥330mm
	3	曲柄调节角度：80°，（允差±5）；
	4	扶手/脚踏的额定承载：200N，（允差±50N）；
	5	扶手额定承载:1000N（垂直力）、500N（水平力），（允差±10%）；
	6	产品特性：a）、配有脚轮及可调式拉手杆，方便移动。b）、阻力可调，以适应不同肌力人群使用。c）、配有电子表显示时间等训练数据。d）、可进行上下肢训练。
	7	产品用途:适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十五：站立架【成人】 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成至少包含：由支脚、支撑托、支撑架组成。
	2	外形尺寸（长×宽×高）：740mm×800mm×950mm
	3	台面高度调节距离：200mm，（允差±5）；
	4	胸托架前后调节距离：60mm，（允差±5）；
	5	背托架前后调节距离：200mm，（允差±5）；
	6	膝部托架调节距离：170mm，（允差±5）；
	7	臀部垫额定承载：1000N，（允差±50N）；
	8	绑带额定承载：1000N，（允差±50N）；
	9	脚踏板额定承载：2000N，（允差±50N）；
	10	产品特性：a）、台面高度、胸托和背托前后可调，方便不同身高和体型的人群使用。b）、受训者双臂可放在台面上，训练的同时可进行书写阅读等活动。
	11	产品用途：适用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：儿童站立架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（长×宽×高）：1150mm×700mm×1100mm
	2	摆台前后最大调节距离：260 mm，（允差±5）；
	3	膝托上下最大调节距离：305 mm，（允差±5）；
	4	胸托上下最大调节距离：240 mm，（允差±5）；
	5	踏脚板上下最大调节距离：300 mm，（允差±5）；。
	6	站立倾斜角度：至少分四档，65°、74°、82°、90°
	7	踏脚板额定承载：1600N，（允差±50N）；
	8	摆台额定承载：800N，（允差±50N）；
	9	腰部绑带额定承载：400N，（允差±50N）；
	10	臀部绑带额定承载：800N，（允差±50N）；
	11	产品特性：a）、台面前后可调，以适应不同体型的儿童使用。b）、膝部，胸部托垫可调，以适应不同身高的儿童使用。c）、配有脚轮，方便移动。d）、胸部、臀部、膝部和脚背均有绑带，方便固定。
	12	适用人群:适用于10岁以下儿童。
	13	产品用途:适用于3~10岁儿童进行站立训练，4岁以下儿童宜背靠平垫进行训练
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：组合皮软垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800mm×1200mm×50mm
	2	产品用途：适用于各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位体操及卧位肌力训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：腕指牵伸肌力训练器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（长×宽×高）/mm 400×200×180AP
	2	掌指关节牵伸：实现多手指同时牵伸或单独手指牵伸，起到防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形的作用。

	3	腕关节牵伸：防止和矫正屈腕肌痉挛或挛缩畸形。
	4	可进行腕关节掌曲和背曲的肌力、关节活动度、耐力训练。
	5	可进行多手指屈伸、单独手指屈伸训练，起到训练掌指关节指关节的肌力、关节活动度、耐力的作用。
	6	阻力可调，牵伸力度可调。
	7	支架臂托高度上下可调、角度前后可调，指套位置前后可调、范围可调，满足不同年龄段患者的使用需求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九： 体位垫 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	楔形垫（单件）为等边三角形，长度L为600mm，高度H为510 mm，夹角α为15°；
	2	外形尺寸：600mm×510mm×156。
	3	产品用途：适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十： 直立康复训练床 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成:至少由床架、机械支撑部件、电动控制装置、固定保护装置、脚轮组成
	2	正常工作条件： a）、环境温度： +5℃～+40℃； b）、相对湿度： ≤80%； c）、大气压： 860 hPa～1060 hPa； d）、电源电压： AC220 V±22 V，电源频率： 50 Hz±1 Hz。 3）、外形尺寸： 1600×900×1050mm 4）、床面高度： 521mm，（允差±5）； 5）、床面宽度： 605mm，（允差±5）； 6）、床面角度转动范围： 0°～85° 7）、床板安全工作载荷/N： 1700/N，（允差±10%）； 8）、升降床架的安全工作载荷/N： 2200/N，（允差±10%）； 9）、输入功率： 300VA；
	3	产品用途（儿童型）:适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一： 智能体感OT球 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成:至少由平板电脑、压力传感球（16-20cm）、充气泵等组成。
	2	软件运行环境： a）、存储容量： ≥11.78GB； b）、操作系统为Android7.0；
	3	外形尺寸： 10寸
	4	产品功能：运用智能传感技术，将传统物理治疗融入至多媒体游戏中，以压力传感球为媒介，针对肢体运动功能障碍人群提供手部抓握、协调能力、上下肢肌肉锻炼、关节活动度等训练，摒弃传统训练的单调与乏味，给予用户新颖有趣的训练体验。
	5	物理治疗与可视化游戏相结合：系统至少包含6个训练游戏，将临床物理治疗融入至趣味游戏当中，生动有趣，相比单一的临床康复训练更能激发训练者的新鲜感与积极性。
★	6	通过挤压或滚动压力传感球，无线实时反馈信号至平板电脑软件。（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证）
★	7	智能测试：实时测量挤压力量数据、最近的训练数据、最大力量数据、精准度数据、最好成绩数据、活跃时间数据。（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证）
	8	账号管理：机构版首次登陆账号即为管理员，管理员账号可查看所有子账户ID、训练记录、并可导出用户训练数据。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二： 儿童梯椅 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸（长×宽×高）：650mm×420mm×1000mm
	2	凳面宽度：410mm，（允差±5）；
	3	凳面高度：270mm，（允差±5）；
	4	爬行高度：690mm，（允差±5）；
	5	额定承载：1200N，（允差±50N）；
	6	产品用途：适用于儿童坐-站转移训练、站立训练、平衡功能训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：引导式训练组合 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木楞床外形尺寸/mm：1700mm×710mm×（435～535）mm
	2	木箱外形尺寸/mm：455mm×400mm×（100～350）mm
	3	角度调节范围：0°～60°
	4	凳子（高）外形尺寸/mm：390mm×310mm×340mm
	5	凳子（中）外形尺寸/mm：390mm×310mm×270mm
	6	凳子（低）外形尺寸/mm：390mm×310mm×190mm
	7	长手柄训练板外形尺寸/mm：400mm×100mm×65mm
	8	短手柄训练板外形尺寸/mm：300mm×100mm×65mm
	9	带圆棒训练板外形尺寸/mm：200mm×100mm×118mm
	10	产品用途：用于儿童进行平衡功能和协调性的训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：波波池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成：至少由塑料球、球池组成。
	2	外形尺寸（长×宽×高）：2000mm×2000mm×600mm
	3	小球直径：φ55mm，
	4	小球数量：≥8000个
	5	产品用途：适用于儿童在池内进行各种运动，利用触觉、色觉等刺激，促进感觉及运动功能的恢复。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：踝关节训练器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（（长×宽×高）（长不含脚踏）：860mm×540mm×680mm
	2	座位高度：340mm，（允差±5）；
	3	座面宽度：400mm，（允差±5）；
	4	座垫前后可调距离：140mm，（允差±5）；
	5	脚踏板调节角度：85°，（允差±5）；
	6	座位垫额定承载：1200N，（允差±50N）；
	7	靠背垫额定承载：750N，（允差±50N）；
	8	产品用途：适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。
	9	产品特性：a）、坐垫前后距离可调，以适应不同身高体型的人群使用。b）、可通过手柄的前后运动带动脚踏板运动，进行踝关节训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：股四头肌训练椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成：至少由椅架、固定带、靠背、分度盘、分度定位销、小腿支架、卡箍、配重块、扶手、椅座、配重支架、升降支架、辅助手柄、小腿托组成。
	2	外形尺寸（长×宽×高）：980mm×950mm×940mm
	3	座面高度：495mm，（允差±5）；
	4	座面深度：360mm，（允差±5）；
	5	座面宽度：465mm，（允差±5）；
	6	升降支架可调距离：50mm，（允差±5）；
	7	小腿垫可调距离：200mm，（允差±5）；
	8	助力手柄可调距离：70mm，（允差±5）；
	9	手柄直径：Φ30mm
	10	小腿支架摆动角度：≥120°
	11	座垫额定承载：1200N，（允差±50N）；
	12	靠背垫额定承载：750N，（允差±50N）；
	13	哑铃片质量及数量：至少包含1kg 2件和2kg 2件。
	14	产品特性（儿童型） a）、小腿支架摆动范围可调。 b）、运动阻力可通过哑铃片进行调节。 c）、靠背垫有坐式和躺式两种状态，可以坐姿和卧姿进行训练。 d）、小腿支架高度、小腿垫高度、助力手柄高度可调，适合不同身高人群进行训练。
	15	产品用途：适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：液压式踏步器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成：至少由电子表、扶手、油缸、脚踏板、机架组成。
	2	外形尺寸（长×宽×高）：750mm×556mm×995mm
	3	两扶手中心距离：450mm，（允差±5）；
	4	上扶手高端中心离地高度：825mm，（允差±5）；
	5	下扶手高端中心离地高度：680mm，（允差±5）；
	6	两脚踏板中心距离：160mm，（允差±5）；
	7	油缸的工作行程：60mm，（允差±5）；
	8	额定承载：1200N，（允差±50N）；
	9	油缸阻力：≥12档可调
	10	产品用途：用于对脚部（及腿部）肌肉力量进行训练，使训练者下肢力量得到加强或者恢复。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：运动康复训练床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成：至少由床面、床架、枕组成。
	2	外形尺寸（长×宽×高）：2050mm×1230mm×480mm
	3	床面高度：480mm，（允差±5）；
	4	安全工作载荷：100kg，（允差±5）；
	5	产品用途：为受训者提供安全的多体位训练平台，便于康复治疗师开展多种方式训练。
	6	产品特性：床脚配有高度微调支脚，着地稳固。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：训练用阶梯（儿童） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成：至少由扶手杠、固定管柱、阶梯踏板组成。
	2	外形尺寸（长×宽×高）：3370mm×600mm×1360
	3	梯面高度：100mm、120mm
	4	扶手杠调节距离：310mm，（允差±5）；
	5	扶手杠侧向额定承载：500N，（允差±50N）；
	6	阶梯踏板额定承载：1200N，（允差±50N）；
	7	产品特性（儿童型）：a）、扶手高度可调，适合不同身高人群进行训练；b）、配合矫正镜，可进行步态矫正训练。
	8	产品用途：适用于上下楼梯的功能训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：平行杠（儿童） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成:至少由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。
	2	外形尺寸（长×宽×高）：3350mm×855mm×780mm
	3	扶手杆高度调节距离：420mm，（允差±5）；
	4	两扶手杆中心距离：290mm，（允差±5）；
	5	扶手杆直径：φ30mm，（允差±5）；
	6	额定承载：1200N，（允差±50N）；
	7	矫正板坡度：15°，（允差±5）；
	8	产品特性:a）、扶手杆高度可调，适合不同身高人群进行训练；b）、扶手杆宽度可调，适用于不同体型人群进行训练；c）、底座两端设计有斜坡，方便受训者上下。
	9	产品用途：用于体育训练场和医院康复科步行康复训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：坐姿矫正椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（长×宽×高）：680mm×600mm×（880～965）mm
	2	座位垫宽度：350mm，（允差±5）；
	3	座位垫深度：350mm，（允差±5）；
	4	头部靠垫高度：100mm，（允差±5）；
	5	头部靠垫可调高度：0mm～85mm
	6	桌面板长×宽：600mm×400mm
	7	桌面板离座垫高：200mm，（允差±5）；
	8	踏脚板长×宽：345mm×240mm
	9	踏脚板上下调节范围：130mm，（允差±5）；
	10	扶手前后可调距离：150mm，（允差±5）；
	11	整体仰角：0°～30°
	12	额定承载：60kg，（允差±10%）；
	13	配件：护心型固定绑带（≥1条）
	14	大腿绑带（≥1条）
	15	脚绑带（≥2条）

	16	产品用途：用于1~7岁的脑瘫儿童进行坐位保持、坐位平衡、矫正坐姿、防止和治疗畸形。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：训练浪桥 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（长×宽×高）：2100mm×1800mm×1800mm
	2	产品用途：适用于儿童进行平衡功能的训练
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：训练滑梯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成：至少由滑车、滑坡、平台、阶梯、儿童保护头盔组成。
	2	外形尺寸（长×宽×高）：3330mm×895mm×580mm
	3	滑车额定承载：800N，（允差±50N）；
	4	滑梯额定承载：1200N，（允差±50N）；
	5	产品用途：用于儿童感知，心理、平衡功能的训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：儿童保护头盔 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（长×宽×高）：220mm×210mm×240mm
	2	产品用途：适用于儿童头部保护。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五：儿童蹦跳器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（直径×高）：Φ970mm×230mm
	2	产品用途：适用于6~10岁儿童进行下肢肌力及平衡功能的训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：巴氏球74cm 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（直径）：Φ740mm
	2	产品用途：用于脑瘫患儿的缓解肌痉挛、进行平衡能力、反射调节能力训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七：花生球56cm 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（直径）：Φ560mm
	2	产品用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛的训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八：踩踏石 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（长×宽×高）：160mm×110mm×620mm
	2	产品特性：每组共3对6个，备红、黄、蓝3色，附绳可装卸。
	3	产品用途：适用于儿童进行平衡能力训练，提高逻辑思考能力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九：平衡步道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	单片外形尺寸（长×宽×高）：1470mm×300mm×30mm
	2	产品特性：备红、黄、绿、蓝4色，可相互串联，组合变化多。
	3	产品用途：适用于儿童进行爬、走、跑、跳动作，刺激儿童脚底神经及全身触觉感官的发展。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十：按摩大龙球 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（直径）：Φ740mm
	2	产品用途：适用于触觉反应过分敏感或迟钝的儿童，有助于促进前庭体系，本体感觉和平衡反应的发展，是测试儿童前庭平衡能力和重力感的工具。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一：平衡触觉板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	单片外形尺寸（长×宽×高）：490mm×135mm×70mm
	2	产品用途：由八片曲线+八片直线+四个接头的触觉板组合成步道，可相互串联。适用于加强儿童触觉学习，锻炼儿童的视觉统合能力和肢体上的平衡能力,也可与万象组配合做平衡动作训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十二：万象组件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成：至少由半砖12块，全砖8块，平衡桥4片，35cm体能环4个，60cm体能环4个，35cm体能棒16支，70cm体能棒8支，棒夹12个，环夹12个，豆袋10个，彩色手脚印各6对，使用指导手册1本等组成。
	2	外形尺寸（长×宽×高）：715mm×810mm×150mm
	3	产品特性：组件种类多，兼顾儿童感官、肌体、前庭平衡，精细动作及创作游戏互动等各种能力资源开发需要。通过单件进行基础训练，可促进孩子基本动作发展，混合使用则能增进较多变化的身体协调统合，基础训练达标后可进行更高层次的运动。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三：电动减重步态训练器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸（长×宽×高）：1350mm×780mm×（1870～2170）mm
	2	扶手杆中心之间的宽度：560mm，（允差±5）；
	3	悬吊支架高度调节范围：1870mm～2170mm
	4	额定减重质量：80kg，（允差±5）；
	5	产品特性：a）、配有减重显示，方便减重值的量化调节；b）、配有电量显示，方便及时充电使用；c）、扶手高度可调，以适应不同身高的儿童使用；d）、可配备活动平板也可单独使用。
	6	产品用途：a）、通过悬吊支架的升降，使受训者在承重吊带的帮助下，局部或全部减轻下肢的承重，使其安全地站立、行走及步态训练；b）、通过训练增强下肢在支持自身体重下的步行能力，逐步恢复行走功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十四：上下肢运动康复训练器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	产品组成：至少由液晶触摸屏、磁控、上肢训练总成、扶手、旋钮、小腿支架、下肢训练总成、轮椅固定钩、底座总成、前轮组成。
2	外形尺寸（长×宽×高，上肢曲柄转至下肢训练同侧，并降至最低位置下测量）：820mm×590mm×1080mm
3	上肢训练速度设置范围：0～60r/min
4	下肢训练速度设置范围：0～60r/min
5	训练时间设置范围：1～200min
6	换向时间设置范围：0～30min
7	运动阻力调节级别：分21级（逐级增大）
8	痉挛等级：高 中 低
9	电机动力级别：高 中 低
10	上肢曲柄高度调节距离：110mm，（允差±5）；
11	上肢曲柄前后调节距离：80mm，（允差±5）；
12	下肢曲柄高度调节距离：80mm，（允差±5）；
13	下肢曲柄前后调节距离：40mm，（允差±5）；
14	扶手高度调节距离：110mm，（允差±5）；
15	扶手前后调节距离：80mm，（允差±5）；
16	小腿支架高度调节距离：100mm，（允差±5）；
17	产品特性：a）、具有应急保护功能 b）、具有声控保护功能 c）、具有磁控保护功能 d）、具有语音提示功能 e）、具有痉挛保护功能 f）、具有主被动模式、被动模式、主动模式、助力模式等4种训练模式 g）、具有2种对称性显示方式，柱状图和数值百分比显示 h）、具有训练结果数据统计功能 i）、产品用于儿童上下肢训练；
18	产品用途：用于对关节功能障碍者患者进行康复训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十五：早期行为干预卡片 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成：本套卡片至少包括学会聆听、学会发声、情感体验、社会交往、乐于合作、礼貌用语、文明行为、换位思考和学会分享九个篇章，每个篇章均包含1-2个单元主题，并配套有使用说明手册。
	2	产品特性：a）、早期行为干预卡片至少分为学会聆听、学会发声、情感体验、礼貌用语、文明行为、社会交往、换位思考、学会分享等9个篇章，可通过示范教学、情景模仿、角色扮演、正面强化、行为矫正等多种训练形式，引导教育和综合培养特殊需要儿童的行为素质。b）、每个主题均呈现为连续性卡片，将日常生活中经常发生的行为按事件先后顺序呈现给儿童，分步进行行为指导和干预。每张卡片正面右上角均有该主题的图标，有助于儿童对每个主题的区分，并在排序卡片时给予提示。c）、主题卡片中含有正确行为与错误行为，可让儿童对正确行为与错误行为进行区分，以强化正确行为。d）、早期行为干预卡片适用于智力障碍、认知障碍、精神发育迟滞、孤独症谱系障碍、品行障碍、多动症等特殊儿童的早期行为干预。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十六：心理障碍干预卡片 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成:本套卡片至少包括我很快乐、我不想生气、我不愿悲伤、我不会害怕、我不怕孤独、我不要烦恼、我不要焦虑10个单元主题，男生女生指导卡片两个版本。

	2	产品用途: a)、心理障碍干预卡片根据情绪管理四部曲: 觉察、接纳、表达、陶冶设计而成, 可按情绪觉察, 情绪探索, 情绪表达卡, 积极情绪唤醒4个步骤进行训练。 b)、本套卡片至少由我很快乐、我不想生气、我不愿悲伤、我不会害怕等10个单元主题组成, 旨在帮助儿童学会觉察、接纳、表达和陶冶自我情绪, 丰富他们的情感体验, 同时培养情绪管理能力, 训练内容为生活中常会体验的基本情绪或高级情绪情感, 如: 快乐、生气、悲伤、害怕等, 通过对多种情绪的体验, 引导儿童形成健康的心态和积极乐观的生活态度。卡片既可以作为特殊儿童进行心理障碍干预的用具, 也可作为普通儿童塑造健康、积极、乐观生活态度的工具。 3)、适用人群:心理障碍干预卡片适用于智力障碍、认知障碍、精神发育迟滞, 多动症、孤独症谱系障碍、情绪与行为障碍等特殊儿童; 适用于3-6岁的学龄前儿童。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十七：语言能力评估训练卡片 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组成：本套用具至少包括语言理解能力评估（词语、词组、句子、短文）训练卡片册和记录词表、词语的简单训练卡片册、语法的简单训练卡片册、句子的简单训练卡片册、会话的简单训练卡片册、语言理解能力训练记录词表、会话的简单训练卡片册和使用手册、奖励贴纸、卡通棋子、教具骰子、使用说明和配套光盘等。
	2	产品功能：语言能力评估卡片依据儿童语言能力发育规律为指导设计，编制科学，层次分明，涵盖词语、词组、句子和短文等语言评估与训练；可针对相应年龄段儿童语言及认知水平进行考察与训练。
	3	适用范围：医疗康复、特殊教育领域，可为语言发育迟缓、聋儿、脑瘫、构音障碍、孤独症、唐氏综合征、精神发育迟滞、品行障碍、学习障碍、儿童注意力缺陷多动障碍(即ADHD)等特殊人群提供康复训练。
	4	产品用途：卡片专为语言功能评估和训练而设计，可用于儿童语言理解能力评估，进行相应的词语、语法、会话和句子等的简单训练。
	5	功能特点：用于语言理解能力评估，进行相应的词语、语法、会话和句子等的简单训练。 a)、语言理解能力评估：用于词语、词组、句子和短文的语言理解能力评估。 ①词语：用于名词、动词和形容词等词语理解能力评估训练内容。 词组：用于主谓、动宾、并列、偏正和介宾等词组理解能力评估训练内容。 句子：用于是字句、把字句、被字句和存现句等句子理解能力评估训练内容。 短文：用于短文理解能力评估训练内容。 b)、词语的简单训练：包括认识人体部位、日常用品、衣物、食物、水果、动物等常用名词的简单训练。 c)、语法的简单训练：包括定-主-谓-定-宾、位置关系、主-谓-定-宾、定-主-谓-宾和介词五种语法的简单训练。 句子的简单训练：包括是字句、把字句、被字句和存现句的简单训练。 会话的简单训练：主要包括20个主题式互动训练游戏，游戏设置简单有趣，寓教于乐，在互动游戏的同时不断提高儿童的词汇量
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十八：无线说话方块 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	至少由无线说话方块和LED光带组成（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证）
	2	电源参数：9V电池
	3	可以添加图片，符号或照片促进颜色识别。具有自录音功能，儿童可以录制自己的声音
★	4	在无线说话方块和LED光带距离≤30米的情况下，当无线说话方块每翻转一面，光带在2秒内即变换一种颜色，总共有红、绿、等六种颜色。（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证）
	5	可无线遥控LED光带的颜色变换
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十九：童趣静电贴点读套装 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、软硬件工作环境 a)、点读笔: ≥1支 b)、学习册: ≥1本(至少包含22页, 264张图卡) c)、提问册: ≥1本(至少包含22页, 264张图卡) d)、主题册: ≥1本(至少包含14页, 168张图卡) e)、自定义册: ≥1本(至少包含13页, 156张图卡) f)、点读笔数据线: ≥1条 g)、内存容量: ≥4GB h)、外放喇叭: ≥4欧姆, 1w i)、内置锂电池: ≥3.7V。300mAh j)、USB充电电源: ≥DC5V。600mA k)、数据传输接口: ≥USB2. 0接口、高速 l)、外形尺寸: 126 mm×31 mm×20mm m)、重量: 约56. 6g±3g n)、支持系统: 至少包含Win2000 Win XP Vista
	2	产品用途: 用于儿童进行点读训练
	3	产品特性: “童趣静电贴点读套装”由点读笔、学习册、提问册、主题册和自定义册组成, 主要用于儿童言语语言和沟通交流方面的教学与训练。 a)、学习册: 以儿童日常生活中常接触的物品、动物、人物和事件为主要内容进行设计, 主要用于儿童日常常用词语、词组和句子3个方面内容的教学和训练。通过静电贴图片的形式呈现, 可进行点读学习、录音、播放等, 主要用于指导特殊儿童学习日常生活常见的、常用的物品特征、属性以及生活事件、沟通表达等, 从而帮助特殊儿童培养生活自理能力。 b)、提问册: 配合学习册使用, 针对学习册中的词语、词组、句子3个方面内容进行点读提问、录音、播放等, 可进行同类对比训练、相似语音识别对比训练、相似语义识别对比训练、相同特征不同属性的对比训练等, 主要用于指导特殊儿童学习日常生活常见的、常用的物品特征、属性以及生活事件, 发展有效沟通表达能力等。 c)、主题册: 以日常生活中常见的物品作为主要的训练内容, 包括厨具餐具、动感蔬果、服装店、家禽家畜、家用电器、交通工具、人体部位、人物称呼、生活动词、生活用品、食品店、水果之家、学习办公、野生动物等14个主题, 主要用于指导特殊儿童学习日常生活中常见的物品, 认识和积累常用词汇。 d)、自定义图册: 提供空白的静电贴, 方便老师或治疗师根据特殊学生的实际需要, 自定义图片内容, 并对自定义图片进行录音、停止、播放等进行编辑, 实现学习内容的扩充, 满足更多特殊儿童的学习需求。 e)、可配合“PIC生活图卡”使用, 将静电贴图片贴于“PIC生活图卡”中的“自定义空白磁贴卡”上使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十: 认知玩具 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主要技术指标和参数 a)、外形尺寸(长×宽×高): 300mm×300mm×300mm b)、至少配三角形、正方形、长方形、圆柱形各5个
	2	产品用途: 适用于2~5岁儿童进行认知功能的训练
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第五章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

6.按照谈判文件要求，成交人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1.评审方法

最低评标价法,是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求,且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2.评审原则

1.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以谈判文件和响应文件为评审的基本依据,并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

1.2具体评审事项由谈判小组负责,并按谈判文件的规定办法进行评审。

3.谈判小组

1.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

1.2谈判小组成员有下列情形之一的,应当回避:

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

1.3谈判小组负责具体评审事务,并独立履行下列职责:

(1)确认或者制定谈判文件;

(2)审查供应商的响应文件并作出评价;

(3)要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明,与供应商进行分别谈判;

(4)编写评审报告;

(5)确定成交候选人名单,以及根据采购人委托直接确定成交人;

(6)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为;

(7)法律法规规定的其他职责。

4.澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

4.1谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的,视为供应商串通投标:

(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4)不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5)不同供应商的投标文件相互混装;

(6)不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5)供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交;

(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交;

(7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8.废标(终止)的情形

出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

(1)因情况变化,不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3)在采购过程中符合竞争性要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的,但经财政部门批准的情形除外;

(4)法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9.定标

谈判结束后,谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价,采购人从谈判小组提出的成交候选人

中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

二.政府采购政策落实:

- 1.节能、环保要求
- 采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。
- 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除
- 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

合同包1（2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

- 3.价格扣除相关要求。
- （1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：
- ①符合中小企业划分标准；
- ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
- 中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
- 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
- （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：
- ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。
- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- （3）投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。
- 说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

- （4）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。
- 说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

- （5）提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

- 资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）
- 符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）
- 资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.谈判

- （1）谈判小组应当通过随机方式序确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(2) 谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA锁的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按最终上传响应文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

资格性审查表：

合同包1（2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目）

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	供应商若为代理商须具有有效的《医疗器械经营许可证》 或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商若为生产企业须具有有效的《医疗器械生产许可证》； 所投产品如在《医疗器械分类目录》内的须具有《医疗器械产品注册证》；（不属于医疗器械管理无须提供）
本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

符合性审查表：

合同包1（2022年残疾人康复中心设备采购及2022年辅助器具采购项目）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
------------	----------------------------

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。
其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

一、封面 格式一：

响应文件封面

(项目名称)
响应文件
(正本/副本)

项目编号：
包 号： 第 包 (若项目分包时使用)

(供应商名称)

年 月 日

格式二：

响应文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、首轮报价表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、供应商基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、供应商业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三:

投标承诺书

采购单位、至诚工程咨询有限公司:

1.按照已收到的 项目(项目编号:)谈判文件要求,经我方(供应商名称)认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后,我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求,并承诺在成交后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求,并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价,保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意谈判文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明:所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假,我方自愿接受有关处罚,及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定,如有违反,无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照谈判文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订,并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的,愿意承担取消成交资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果:

- (1) 成交后,无正当理由放弃成交资格;
- (2) 成交后,无正当理由不与采购人签订合同;
- (3) 在签订合同时,向采购人提出附加条件或不按照相关要求签订合同;
- (4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金;
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容;
- (6) 要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容;
- (7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

详细地址:

邮政编码:

电 话:

电子函件:

供应商开户银行:

账号/行号:

法定代表人签字: (加盖公章)

年 月 日

格式四:

首轮报价表

说明: 1. 所有价格均系用人民币表示, 单位为元。

2. 价格应按照“供应商须知”的要求报价。
3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
4. 《首轮报价表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的, 以开标一览表为准。

注: 采用电子招投标的项目无需编制该表格, 投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写, 投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 且与投标客户端生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表信息内容不一致, 以投标客户端生成的内容为准。

法定代表人或法人授权代表(签字):

加盖公章:

年 月 日

格式五：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

格式六:

投标保证金

供应商应在此提供缴纳保证金的凭证的复印件。

格式七:

供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			
注: 投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中供应商资质要求的其他资质证明等。			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

至诚工程咨询有限公司：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）采购项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

联合体成员名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业
提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：
日 期：

格式十七:

分项报价明细表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于谈判文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十九：

技术偏离表						
序号	标的名称	招标技术要求		供应商提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
						
2		★	2.1			
			2.2			
						
.....						

- 说明：
- 1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足谈判文件要求。
 - 2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
 - 3. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。
 - 4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按谈判文件要求在本表后附相关人员证书。

- 注：
- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
 - 2.如供应商成交，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.谈判文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供其他资料。