

内蒙古天祥项目管理有限公司

公开招标文件

项目名称：喀喇沁旗医院采购医疗设备配备项目进口设备
项目编号：CFZCKQS-G-H-220018

2022年06月

第一章 投标邀请

内蒙古天祥项目管理有限公司受喀喇沁旗医院委托，采用公开招标方式组织采购医疗设备配备项目进口设备。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：医疗设备配备项目进口设备
批准文件编号：赤财购核字[2022]喀旗00002号
招标文件编号：CFZCKQS-G-H-220018

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	合同包1（心脏彩色多普勒超声）	1	详见招标文件	2,650,000.00
2	合同包2（电子内窥镜系统（1条胃镜、1条肠镜、1条治疗镜））	1	详见招标文件	2,563,000.00
3	合同包3（实验室标本自动检测分析系统）	1	详见招标文件	4,500,000.00
4	合同包4（纯音听力计等）	1	详见招标文件	1,351,000.00

二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（合同包1（心脏彩色多普勒超声））：

1) 代理商须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，如是生产企业须具有有效的《医疗器械生产许可证》；所投产品具备有效的《医疗器械产品注册证》；具有国内代理商针对本项目拟提供的医疗器械的相关授权书；

合同包2（合同包2（电子内窥镜系统（1条胃镜、1条肠镜、1条治疗镜）））：

1) 代理商须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，如是生产企业须具有有效的《医疗器械生产许可证》；所投产品具备有效的《医疗器械产品注册证》；具有国内代理商针对本项目拟提供的医疗器械的相关授权书；

合同包3（合同包3（实验室标本自动检测分析系统））：

1) 代理商须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，如是生产企业须具有有效的《医疗器械生产许可证》；所投产品具备有效的《医疗器械产品注册证》；具有国内代理商针对本项目拟提供的医疗器械的相关授权书；

合同包4（合同包4（纯音听力计等））：

1) 代理商须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，如是生产企业须具有有效的《医疗器械生产许可证》；所投产品具备有效的《医疗器械产品注册证》；具有国内代理商针对本项目拟提供的医疗器械的相关授权书；

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的期限：详见招标公告；

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：投标人可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、赤峰市公共资源交易网查阅采购信息、预览招标文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取招标文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古天祥项目管理有限公司
地址：内蒙古自治区赤峰市松山区赤峰市松山区五金机电城二期中信大厦C座2-402
邮政编码：024000
联系人：吕乌扬
联系电话：13684768561
账户名称：系统自动生成的缴交账户名称
开户行：详见投标人须知
账号：详见投标人须知
采购单位名称：喀喇沁旗医院
地址：锦山镇西街
邮政编码：024400
联系人：雷秀梅
联系电话：15847626658

内蒙古天祥项目管理有限公司

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共4包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标办法	合同包1（合同包1（心脏彩色多普勒超声））：综合评分法 合同包2（合同包2（电子内窥镜系统（1条胃镜、1条肠镜、1条治疗镜）））：综合评分法 合同包3（合同包3（实验室标本自动检测分析系统））：综合评分法 合同包4（合同包4（纯音听力计等））：综合评分法
6	是否专门面向中小企业采购	合同包1（合同包1（心脏彩色多普勒超声））：否 合同包2（合同包2（电子内窥镜系统（1条胃镜、1条肠镜、1条治疗镜）））：否 合同包3（合同包3（实验室标本自动检测分析系统））：否 合同包4（合同包4（纯音听力计等））：否
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） 份。
11	中标人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1：不接受 包2：不接受 包3：不接受 包4：不接受
14	采购机构代理费用	收取
15	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取

16	投标保证金	<p>本招标项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请投标人按照本招标文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。</p> <p>同时，本项目允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，投标人应当在投标文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。</p> <p>备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>合同包1（心脏彩色多普勒超声）：保证金人民币：0.00元整。 合同包2（电子内窥镜系统（1条胃镜、1条肠镜、1条治疗镜））：保证金人民币：0.00元整。 合同包3（实验室标本自动检测分析系统）：保证金人民币：0.00元整。 合同包4（纯音听力计等）：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。</p> <p>开户银行：投标人在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据投标人选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成投标人所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对对应生成多个缴纳账号）。投标人应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示： 1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。</p>
17	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话0476-8366132。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。 2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。 3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。 4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南）） 6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 <ol style="list-style-type: none"> （1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的； （2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密； （3） 经检查数字证书无效的投标文件； （4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。 7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标段电子投标文件解密。
18	电子投标文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。</p>
19	投标客户端	<p>投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>

20	有效供应商家数	包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包2: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包3: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包4: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
21	报价形式	合同包1 (合同包1 (心脏彩色多普勒超声)): 总价 合同包2 (合同包2 (电子内窥镜系统 (1条胃镜、1条肠镜、1条治疗镜))): 总价 合同包3 (合同包3 (实验室标本自动检测分析系统)): 总价 合同包4 (合同包4 (纯音听力计等)): 总价
22	现场踏勘	否
23	其他	
24	项目兼头兼中规则	兼投不兼中: 本项目兼投不兼中, 每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审, 依次按照评标总分由高到低的顺序, 每组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的, 将不具有子包二的候选人推荐资格; 子包二从具有中标候选人资格的投标人中, 排名最高的投标供应商为第一中标候选人, 排名次高的投标供应商为第二中标候选人, 以此类推。

二. 投标须知

1. 投标方式

1.1 投标方式采用网上投标, 流程如下:

投标人须在内蒙古自治区政府采购网 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 投标人库填写相关信息后方可进行网上投标操作, 在线办理CA证书手续, 登陆“内蒙古自治区政府采购”官网, 查看“全区政府采购数字证书互联互通统一安全认证体系CA厂商征集结果公示” (<http://www.nmmp.gov.cn/2020/08/102848.html>), 可按照公示最下方附件指导及时办理CA数字证书。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 页面, 点击“政府采购云平台”, 输入登录“账号”、“密码”、“验证码”; 登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面, 点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目, 进入投标页面选择右侧对应的, 要投标的包号填写“联系人”、“联系人联系电话”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 获取所投项目招标文件, 并按照本招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

同时, 满足本招标文件关于投标的其他要求后, 方可完成投标。

1.2 缴纳投标保证金 (如有)。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的, 每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号, 称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后, 应通过应标管理-已投标的项目, 选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 通过转账至上述账号中, 付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的, 每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2. 特别提示:

2.1 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于投标保证金到账需要一定时间, 请投标人在投标截止前及早缴纳。

三. 说明

1. 总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 (财政部令第87号) 及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容 (包括变更、补充、澄清以及修改等, 且均为招标文件的组成部分), 按照招标文件要求以及格式编制投标文件, 并保证其真实性, 否则一切后果自负。

本次公开招标项目, 是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3. 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何, 采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4. 当事人

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2 “采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古天祥项目管理有限公司。

- 4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。
- 4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

- 5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。
- 5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

- 6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。
- 6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。
- 6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
- 6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。
- 6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
- 6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

- 7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。
- 7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。
- 7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

- 8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
- 8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、和“赤峰市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

- 2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。
- 2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。
- 2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。
- 2.4对报价的计算错误按以下原则修正：
- (1)投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
 - (2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
 - (3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

5.投标有效期

- 5.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。
- 5.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳
投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

6.2投标保证金的退还：

- (1)投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；
- (2)未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；
- (3)中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1)中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2)中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3)在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4)不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5)要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6)要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7)法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

8.投标文件的递交

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

9.样品（演示）

- 9.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。
- 9.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

9.3评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；
(2) 宣布开标会议相关人员姓名；
(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加开标会议人员对开标情况确认；
(5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的，不得开标。

1.4备注说明：

1.4.1若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的 CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

1.4.2若本项目采用不见面开标，投标人在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.4.3投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

中标人确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和赤峰市公共资源交易网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和赤峰市公共资源交易网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.中标通知书发放

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

注：对招标文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的招标文件的证明材料（在投标人系统中自行截图）。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以授权代表进行质疑，且应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监管部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

成交供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照采购文件、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、中标结果公告及中标通知书
- 3、招标文件
- 4、投标文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

十一、售后服务

（一）乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（二）其他售后服务内容：（投标文件售后承诺等）

十二、违约条款

（一）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

（二）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（一）提交 仲裁委员会仲裁。

（二）向 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： (章)
采购方法人代表： (签字)
开户银行：
帐号：
联系电话：

乙方： (章)
投标人法人代表： (签字)
开户银行：
帐号：
联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

第四章 招标内容与技术要求

一. 项目概况：

喀喇沁旗医院为提高综合医疗服务能力采用公开招标方式采购医疗设备采购项目（进口设备）

合同包1（合同包1（心脏彩色多普勒超声））

1.主要商务要求

标的提供的时间	签订政府采购合同时另行约定
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例95%，供应商在完成交货、安装、调试后，经验收合格，凭《验收书》支付合同金额的95%。 2期：支付比例5%，剩余5%在设备使用一年后无任何质量问题，无息付清。
验收要求	1期：1期：由采购人代表和采购人组织专家组成验收小组，按政府采购合同规定的内容进行验收，验收合格签署《验收书》。
履约保证金	不收取
其他	<p>质保期及售后要求：</p> <p>1. 质保要求：1. 本项目质保期要求为1年，特殊标注的以标注为准。在质保期内，供应商对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件损坏问题，免费提供维修和更换服务；2. 质保期过后，供应商将继续提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费，不再收取任何其他费用。2. 在货物的设计使用寿命期内，供应商必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对货物定期维护保养，确保货物正常使用。3. 售后服务要求：中标供应商在收到采购人第一个报修电话后，本市应在2小时、外埠应在24小时内赶到事故现场，维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过7日内将货物修好。在维修过程中由中标供应商提供一台同种工作效果的货物作为备用机，保证采购人不耽误正常工作。4. 培训要求：投标产品所配软件为该机型的最新版软件，免费安装调试、人员培训、技术支持；定期进行用户回访，及时处理用户意见；所有软件终身免费升级。5. 其他要求：若中标供应商在收到通知后7日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标供应商承担</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	面向对象情 况	所属行 业	招标技术要 求
1	△	医用超声仪器及设备	心脏彩色多普勒超声	台	1.00	2,650,000.00	2,650,000.00	否	工业	详见附表一

附表一：心脏彩色多普勒超声 是否允许进口：是

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1、数量：主机1套</p> <p>★探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口</p> <p>具备腹部凸阵探头：1个</p> <p>具备腔内容积探头：1个</p> <p>具备腹部容积探头：1个</p> <p>具备浅表线阵探头：1个</p> <p>■2、主机一体化显示器 ≥22英寸，全方位关节臂旋转 分辨率1920*1080像素</p> <p>3、液晶触摸屏≥12英寸，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。</p> <p>4、数字化二维灰阶成像单元</p> <p>5、数字化彩色多普勒单元</p> <p>6、数字化能量多普勒成像单元</p> <p>7、PW脉冲波多普勒成像单元</p> <p>8、CW连续波多普勒成像单元</p> <p>9、实时四维成像单元</p> <p>■10、二维凸阵探头支持CW连续波多普勒成像，进行胎儿心脏血流速度测量</p> <p>11、胎儿心脏成像模式，可以同时实现2条解剖M型</p> <p>■12、二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。</p> <p>■13、二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。需要附产品白皮书，并有相关</p>

二维立体血流成像的描述说明。

14、具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态

15、组织多普勒成像技术

16、弹性成像技术

17.宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头

18. 具备IDEA（国际深度子宫内异位症组织）推荐的标准超声图文评估流程助手，进行标准化评估。

■19. 支持机械指数和热指数报警设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。

20. 具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。

21. 容积四维成像技术：

22. 支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，最大支持2个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。

23. 断层超声显像技术

24. 具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像。

25. 卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

26. 专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

27. STIC时间空间相关成像技术

28. 胎心容积导航技术，3步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。

29. 具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。

30. 腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。

31. 可支持高频线阵容积探头，提供探头型号

■32. 胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面，

经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面。一键自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚。

■33. 具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。

34. 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

1 35. 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能

36. 妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析

37. 胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长

38. 自动NT测量技术 自动IT测量技术

39. 不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积

40. 容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI

41. 输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA

42. 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0

43. 超声图像存档与病案管理系统

44. 回放重现单元

★45. 硬盘容量≥1T

46. 一体化剪贴板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像

探头

	<p>1. 探头频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥ 3种，多普勒频率≥ 3种。</p> <p>2. 单晶面阵容积探头：超声频率2.0 — 8.0 MHz</p> <p>3. 单晶面阵容积探头：阵元数≥ 550。</p> <p>4. 腔内容积凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz</p> <p>5. 腔内容积凸阵探头：阵元数≥ 192，成像角度$\geq 180^\circ$。</p> <p>6. 腹部二维凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz，阵元数≥ 192</p> <p>7. 腹部二维凸阵探头：阵元数≥ 192，成像角度$\geq 112^\circ$。</p> <p>8. 浅表线阵探头：超声频率3.0 — 8.0 MHz</p> <p>二维灰阶及容积成像主要参数</p> <p>1. 凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥ 30帧/秒；</p> <p>2. 凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥ 30帧/秒</p> <p>3. 数字集成化智能TGC分段≥ 8，无实体按键</p> <p>■4. 二维成像扫描深度≥ 42cm</p> <p>5. 回放重现：灰阶图像回放≥ 4000幅，四维图像回放≥ 400容积帧。</p> <p>6. 系统动态范围≥ 410dB</p> <p>7. 预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件</p> <p>频谱多普勒</p> <p>1. 方式：PW，CW</p> <p>2. 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示</p> <p>3. PWD：血流速度≥ 10m/s；CWD：血流速度≥ 21m/s</p> <p>4. 最低测量速度：≤ 0.3mm/s（非噪声信号）</p> <p>5. 零位移动：≥ 10级</p> <p>彩色多普勒</p> <p>1. 显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示</p> <p>2. 凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥ 10帧/秒；</p> <p>3. 凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥ 9帧/秒</p> <p>4. 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤ 5mm/s（非噪声信号）</p> <p>5. 彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包2（合同包2（电子内窥镜系统（1条胃镜、1条肠镜、1条治疗镜）））

1.主要商务要求

标的提供的时间	签订政府采购合同时另行约定
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例95%，供应商在完成交货、安装、调试后，经验收合格，凭《验收书》支付合同金额的95%。 2期：支付比例5%，剩余5%在设备使用一年后无任何质量问题，无息付清。
验收要求	1期：1期：由采购人代表和采购人组织专家组成验收小组，按政府采购合同规定的内容进行验收，验收合格签署《验收书》。
履约保证金	不收取

其他	<p>质保期及售后要求：</p> <p>1. 质保要求：1. 本项目质保期要求为1年，特殊标注的以标注为准。在质保期内，供应商对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件损坏问题，免费提供维修和更换服务；2. 质保期过后，供应商将继续提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费，不再收取任何其他费用。2. 在货物的设计使用寿命期内，供应商必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对货物定期维护保养，确保货物正常使用。3. 售后服务要求：中标供应商在收到采购人第一个报修电话后，本市应在2小时、外埠应在24小时内赶到事故现场，维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过7日内将货物修好。在维修过程中由中标供应商提供一台同种工作效果的货物作为备用机，保证采购人不耽误正常工作。4. 培训要求：投标产品所配软件为该机型的最新版软件，免费安装调试、人员培训、技术支持；定期进行用户回访，及时处理用户意见；所有软件终身免费升级。5. 其他要求：若中标供应商在收到通知后7日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标供应商承担</p>
----	--

2.技术标准与要求

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1	△	医用内窥镜	电子内窥镜系统（1条胃镜、1条肠镜、1条治疗镜）	个	1.00	2,563,000.00	2,563,000.00	否	工业	详见附件一

附表一：电子内窥镜系统（1条胃镜、1条肠镜、1条治疗镜） 是否允许进口：是

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1.图像处理装置（一台）</p> <p>1.1HDTV信号输出，可以选择SDI、DV、DVI、RGB或YPbPr输出。</p> <p>■1.2可以应用于具备窄带成像、自体荧光成像的内镜和光源。</p> <p>■1.3适应型IHb色彩强调，基于内镜图像的IHb值来强调色彩的细微差异，可以选择强调级别。</p> <p>1.4SDTV信号输出，VBS复合端口、Y/C和RGB；可以同时输出。</p> <p>1.5自动增益控制（AGC），因为内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子增强，自动调整图像亮度。</p> <p>1.6具有平均测光、峰值测光、自动测光模式选择。</p> <p>1.7图像强调模式，电子强调内镜图像的细微形态或轮廓，增加图像的锐度。具有构造强调、轮廓强调，每种强调均具有三种（1、2和3）选择模式。前面板上的图像强调模式按钮可以从三个级别中选择一个强调级别。</p> <p>1.8具有电子放大功能且有选择模式。</p> <p>1.9预冻结功能 冻结时智能筛选最佳画质图像显示。</p> <p>1.10色调调节。可进行以下色调调节：“R”红色调节：±8档 “B”蓝色调节：±8档 “C”色度调节：±8档。</p> <p>1.11画中画功能无需采用搭载PIP功能的监视器即可实现画中画功能。</p> <p>■1.12可以应用于具有双焦点模式的内镜。</p> <p>■1.13支持具有One touch 连接功能不需要防水帽、内镜电缆线（主机电缆线）的内镜。</p> <p>2.内窥镜冷光源（一台）</p> <p>■2.1具有特殊光观察（窄波成像、自体荧光）</p> <p>2.2 具有自动亮度调节模式，17档自动曝光。</p> <p>2.3检查灯：300W氙气短弧灯，持续照明≥500小时。</p> <p>2.4应急灯：12V 35W 卤素灯，平均寿命≥500小时。</p> <p>2.5具有送气功能，送气压力切换：低、中、高、关闭。</p> <p>3.电子上消化道内窥镜（一根）</p> <p>3.1HDTV图像观察，采用可与HDTV兼容的CCD，实现HDTV高清画质。</p> <p>■3.2兼容特殊光观察。</p> <p>■3.3双焦点模式。“近景观察模式”与“常规观察模式”一键切换。</p>

1

3.4一触式接头。具有一触式连接功能，全防水设计，不需要防水帽、内镜电缆线（主机电缆线）。

3.5视野角 $\geq 140^\circ$ ；视野方向 0° 直视；景深：常规焦距 $\geq 7-100\text{mm}$ ，近焦模式 $\geq 3-7\text{mm}$ 。

3.6先端部外径 $\leq 10.2\text{mm}$ ，插入部外径 $\leq 9.9\text{mm}$ 。

3.7弯曲角度：上 $\geq 210^\circ$ ，下 $\geq 90^\circ$ ，左 $\geq 100^\circ$ ，右 $\geq 100^\circ$ 。

3.8有效长度 $\geq 1030\text{mm}$ ，全长 $\geq 1350\text{mm}$ 。

3.9钳子管道内径 $\geq 2.8\text{mm}$ ，最小可视距离为距先端部 $\geq 3\text{mm}$

3.10具有附送水功能。

4.电子结肠内窥镜（一根）

■4.1可与HDTV兼容的CCD提供超清晰度的图像，兼容特殊光观察。

■4.2 反应性插入技术。RIT融合了三项插入技术：HFT（强力传导）、PB（智能弯曲）、和可变硬度。PB功能帮助内镜顺畅通过结肠急弯处；HFT功能改善了操作者在推拉和旋转操作时的操控感；可变硬度功能通过旋转一个调节环即可帮助医生随时调整内镜的软硬度可变硬度的设计提高插入性能。

4.3双焦点模式。“近景观察模式”与“常规观察模式”一键切换。

4.4一触式接头。具有一触式连接功能，全防水设计，不需要防水帽、内镜电缆线（主机电缆线）。

4.5视野角：常规焦距 $\geq 170^\circ$ ，近焦 $\geq 160^\circ$ ，视野方向 0° 直视。

4.6景深：常规焦距 $\geq 9-100\text{mm}$ ，近焦模式 $\geq 4-9\text{mm}$ 。

4.7先端部外径 $\leq 13.2\text{mm}$ ，插入部外径 $\leq 12.8\text{mm}$

4.4弯曲角度：上 $\geq 180^\circ$ ，下 $\geq 180^\circ$ ，左 $\geq 160^\circ$ ，右 $\geq 160^\circ$ 。

4.5有效长度 $\geq 1330\text{mm}$ ，全长 $\geq 1655\text{mm}$ 。

4.6钳子管道内径 $\geq 3.7\text{mm}$ ，最小可视距离为距先端部 $\geq 3\text{mm}$ 处。

4.7具有附送水功能

5.医用监视器（一台）

5.1与全数字HDTV兼容，提供稳定、无闪烁的超清晰图像

5.2 ≥ 31 英寸大液晶显示屏。

6.医用台车（一台）

6.1医用专用台车

6.2独立内镜挂杆承载内镜数量两条。

7.测漏器（一根）

7.1.同品牌配套测漏器

8.内镜保养装置（一台）

8.1与测漏器配合使用进行日常保养内镜漏水检测。

9.内镜用送水装置（一台）

9.1最大传输压强： $\leq 400\text{KPa}$

10.内镜用二氧化碳送气装置（一台）

10.1输出二氧化碳气体压力为： $\geq 45\text{KPa}$ 。

11.电子上消化道内窥镜（一根）

11.1CCD顺次成像

	<p>■11.2具有附送水功能</p> <p>11.3视野方向0°直视，视野角度≥140°</p> <p>11.4弯曲角度上≥210°、下≥90°、右≥100°、左≥100°</p> <p>11.5先端部直径≤9.9mm、插入部直径≤9.9mm</p> <p>11.6景深≥3-100mm</p> <p>11.7钳子管道内径≥3.2mm，最小可视距离 ≤3mm</p> <p>11.8有效长度≥1030mm，全长≥1350mm</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包3（合同包3（实验室标本自动检测分析系统））

1.主要商务要求

标的提供的时间	签订政府采购合同时另行约定
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例95%，供应商在完成交货、安装、调试后，经验收合格，凭《验收书》支付合同金额的95%。 2期：支付比例5%，剩余5%在设备使用一年后无任何质量问题，无息付清。
验收要求	1期：1期：由采购人代表和采购人组织专家组成验收小组，按政府采购合同规定的内容进行验收，验收合格签署《验收书》。
履约保证金	不收取
其他	<p>质保期及售后要求：</p> <p>1.质保要求：1.本项目质保期要求为1年，特殊标注的以标注为准。在质保期内，供应商对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件损坏问题，免费提供维修和更换服务；2.质保期过后，供应商将继续提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费，不再收取任何其他费用。2.在货物的设计使用寿命期内，供应商必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对货物定期维护保养，确保货物正常使用。3.售后服务要求：中标供应商在收到采购人第一个报修电话后，本市应在2小时、外埠应在24小时内赶到事故现场，维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过7日内将货物修好。在维修过程中由中标供应商提供一台同种工作效果的货物作为备用机，保证采购人不耽误正常工作。4.培训要求：投标产品所配软件为该机型的最新版软件，免费安装调试、人员培训、技术支持；定期进行用户回访，及时处理用户意见；所有软件终身免费升级。5.其他要求：若中标供应商在收到通知后7日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标供应商承担</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	面向对象情 况	所属行 业	招标技术要 求
1	△	临床检验设备	实验室标本自动检测分析系统	台	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00	否	工业	详见附件一

附表一：实验室标本自动检测分析系统 是否允许进口：是

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1、采购数量：一套实验室自动化分析系统,包含前处理以及后处理部分。</p> <p>■2、整条实验室自动化分析系统的标本运输方式是单管运输模式</p> <p>3、入口模块装载样本容量≥200管，并可连续进样。</p> <p>4、入口模块装载进样区的机械抓手单次抓取样本管数≥4管。</p> <p>5、在运行时可进行自动或手动模式的切换。</p> <p>6、进样模块进样处理能力≥900管/小时。</p> <p>7、不需要离心的样品可自动分选至独立的非离心样品分样区。</p> <p>8、对条码不清或样本测试信息不全的样本管有独立的放置区。</p> <p>9、非离心样本模块的装载容量≥200管，并可连续出样</p> <p>10、非离心样本模块具有将线外样本进行在线自动扫描与存储的功能。</p> <p>11、非离心样本模块可提供≥10个独立的样本分选区域</p> <p>12、每个连接单元处的条码阅读器能够对标本管条码进行自动扫描、注册、识别，具有全程跟踪样本管的能力。</p> <p>13、条码识别系统可根据样本测试项目需求自动分配并传送样本管至对应轨道。</p> <p>14. 每处条码阅读校验单元都具备与LIS实时通讯的能力</p> <p>15. 自动化系统具备在线连接2台离心机，在线离心速度≥600管/小时；</p>

16. 每台离心机配备有自动平衡管 ≥ 5 根，具备自动平衡功能
17. 自动样本离心周期时间 ≤ 12 分钟/次。
18. 离心机配有自动机械臂，可自动探测到样本管，并可连续抓取样本管，单次抓取样本管数 ≥ 4 管。
19. 离心模块配有独立的防护罩。
20. 最高离心速度 ≥ 3000 rpm
21. 离心机和主轨道之间的辅轨道上应当有离心机底座的缓冲区，此位置可以放置 ≥ 40 个样本管底座，用于等待完成离心的样本管。
22. 离心时间和离心速度可以由用户自定义；
- 23. 独立的在线样本存储器，容量 ≥ 1020 管。
24. 存储模块具有具体样本管所处位置信息的搜索功能，所有样本管的存储位置均能记录在计算机数据管理系统中
25. 存储模块内样本能根据要求被自动寻找及被提取，并自动返回仪器进行复检或追加项目测试，复检后的样本试管能自动放回存储器并记录。
26. 在线生化分析单机速度 ≥ 2900 测试/小时，比色测试速度 ≥ 2000 测试/小时，并具有拓展能力，轨道和接口不用做任何改变，可以随着医院测试量的增加而增加模块。总测试 4900 测试/小时
27. 随机任选式、多模块组合式,每模块分析速度、分析项目必须相同。
28. 中文操作系统，从开机到正常检测时间 ≤ 30 分钟，可以预设开机时间。
29. 样品台轨道式进样，连续进样，分析仪器具备独立的急诊轨道。
30. 样品架，常规、急诊、定标、质控、空白以颜色区分。
31. 可快速重测和常规重测，正常量、加量、减量。
32. 单台单机进样一次可以放置标本管 ≥ 400 管，模块式组合，单个模块 ≥ 2000 测试/小时，并有配套试剂。
33. 最少反应液量： $\leq 80\mu\text{l}$ /测试。
34. 生化仪最小样本体积 $\leq 1.0\mu\text{L}$ （ $0.1\mu\text{L}$ 步进）
35. 比色杯：特殊硬质玻璃杯或石英玻璃杯，光径5毫米。
36. 搅拌棒：多头双程清洗式搅拌系统。两遍清洗功能,清洗液和去离子水清洗。搅拌棒具有转数检
- 37. 单机运行成本低，控温采用永久孵育液方式，反应杯是永久性材质反应杯
38. 不接受标本预稀释
39. 生化分析仪连接模块能自动从轨道上抓取样本送入仪器分析架进行分析，并将完成分析后的样本自动从自动仪器分析架抓回轨道。
40. 线上免疫分析系统采用化学发光检测法，单机检测速度 ≥ 400 测试/小时。
41. 具备实时急诊样本插入功能。
- 42. 可开展检测项目 ≥ 40 项/台。（包括甲状腺激素、性激素、肿瘤、贫血、胰岛素和心肌标志物等,其中贫血项目应包含-内因子抗体、激素项目包含雌三醇和抑制素A）
43. 仪器运行时可任意添加和卸载试剂，可任意添加冲洗液、反应管。
- 44. 在机样本位 ≥ 120 /台，单机试剂位 ≥ 50 个（有冷藏功能）。
45. 免疫发光分析仪和主轨道的连接方式是接口式辅轨道连接。辅轨道数量 ≥ 2 根，可容纳的标本管 ≥ 30 管。
46. 在线免疫的吸样方式是在辅轨道取样的方式，免疫仪器的吸样针可以一次取完所需要量的血清。
47. 实验室自动化分析信息管理系统在运行中，因某种原因停止运行时，在线连接的生化分析仪，免疫分析仪可独立工作，并且每台设备均可和LIS实现双向通讯。
48. 实验室自动化分析系统必须包括本技术规格表中描述的自动化设备及连接组件。
49. 线下化学发光采用微粒子化学发光原理，通过磁微粒包被的固相和吡啶酯标记的发光物，

	<p>对来源于人体的血清和血浆、尿液等样本进行临床免疫项目的定性或定量检测。</p> <p>50. 检测项目：包括传染病（HIV Ag/Ab四代试剂、HCV Ab采用双抗原夹心法、HBcAb采用双抗原夹心法、乙肝、乙肝前S1，核心抗体中高值定量，甲肝、丁肝、戊肝、TB-IGRA、EB病毒等）、新型冠状病毒抗体（2019-nCoV）。</p> <p>51. 联机功能：支持联机功能：≥四台仪器同时联机，每台仪器智能负载均衡分配。</p> <p>52. 支持急诊功能，急诊项目最快≤15分钟出结果。</p> <p>53. 满足单台仪器≥每小时200的测试通量，多台联机最大到每小时800的测试通量；</p> <p>54. 试剂、耗材等均支持在线添加，样本检测灰区与超限样本自动复检功能，可实现原位样本自动稀释。</p> <p>（1）试剂位单台≥20套，多台联机最大到80套，可支持80个项目同机检测；</p> <p>（2）试剂仓具有冷藏功能，且有独立电源。当仪器关机时试剂仓仍可保持冷藏；</p> <p>（3）反应位单台≥140个。</p> <p>56. 试剂：自带校准、质控，自动分析，检测用激发液、预激发液需为双瓶设计，使用完毕可自动切换，可随时补充，检测不间断。</p> <p>57. 中文操作界面，数据输出：整套设备可与实验室配套信息管理软件对接。</p> <p>55. 试剂仓反应位</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包4（合同包4（纯音听力计等））

1.主要商务要求

标的提供的时间	签订政府采购合同时另行约定
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例95%，供应商在完成交货、安装、调试后，经验收合格，凭《验收书》支付合同金额的95%。 2期：支付比例5%，剩余5%在设备使用一年后无任何质量问题，无息付清。
验收要求	1期：1期：由采购人代表和采购人组织专家组成验收小组，按政府采购合同规定的内容进行验收，验收合格签署《验收书》。
履约保证金	不收取
其他	<p>质保期及售后要求：</p> <p>1. 质保要求：1.本项目质保期要求为1年，特殊标注的以标注为准。在质保期内，供应商对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件损坏问题，免费提供维修和更换服务；2.质保期过后，供应商将继续提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费，不再收取任何其他费用。</p> <p>2. 在货物的设计使用寿命期内，供应商必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对货物定期维护保养，确保货物正常使用。</p> <p>3. 售后服务要求：中标供应商在收到采购人第一个报修电话后，本市应在2小时、外埠应在24小时内赶到事故现场，维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过7日内将货物修好。在维修过程中由中标供应商提供一台同种工作效果的货物作为备用机，保证采购人不耽误正常工作。</p> <p>4. 培训要求：投标产品所配软件为该机型的最新版软件，免费安装调试、人员培训、技术支持；定期进行用户回访，及时处理用户意见；所有软件终身免费升级。</p> <p>5. 其他要求：若中标供应商在收到通知后7日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标供应商承担</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		医用电子生理参数检测仪器设备	纯音听力计	台	1.00	40,000.00	40,000.00	否	工业	详见附表一
2		医用电子生理参数检测仪器设备	听觉诱发电位仪	台	1.00	245,000.00	245,000.00	否	工业	详见附表二

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
3		手术器械	耳鼻喉动力系统	个	1.00	203,000.00	203,000.00	否	工业	详见附表三
4		医用电子生理参数检测仪器设备	中耳分析仪	台	1.00	163,000.00	163,000.00	否	工业	详见附表四
5	△	手术器械	超声乳化手术系统	个	1.00	700,000.00	700,000.00	否	工业	详见附表五

附表一：纯音听力计 是否允许进口：是

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> ■1.气导，骨导和掩蔽助理 2.纯音，啜音和脉冲音 3.自动阈值测试和自动阈值筛查测试 4.内置通讯麦克风 5.患者数据存储（50名预约患者和75名患者听力图） ■6.与耳遂听TM（OTOSuiteTM）测听软件连接（NOAH兼容） ■7.自动掩蔽助理 8.通道：两路独立的通道 9.频率：气导（125~8000）Hz，骨导（250~8000）Hz 10.掩蔽：窄带噪声 11.测试声强范围：气导-10-120dBHL，5dB步进、骨导-10-70dBHL，5dB步进 12.输出：气导耳机、骨导耳机 13.自动预置测试：测试修改（升序）Hughson与Westlake模式、正常与快速模式 14.自动筛查测试：可选择无结果频率阈值搜索 15.标准功能：纯音测听提供连续音、脉冲音和啜音；步进可以选择1dB、2.5dB或5dB 16.失真：气导小于2.5%、骨导小于5%
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：听觉诱发电位仪 是否允许进口：是

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、可测试功能：包含ABR、40Hz、VEMP</p> <p>2、通用道：≥2通道</p> <p>3、分析时间：≥5.0~9999ms</p> <p>4、A/D解析度：≥16bit</p> <p>5、输入阻抗：≥10MΩ</p> <p>6、共模抑制比：≥100dB</p> <p>7、皮肤阻抗测试功能：可通过前置放大器上的液晶屏直接观测皮肤阻抗</p> <p>8、伪迹控制：100%伪迹过滤功能</p> <p>9、增益范围：≥1000~50000</p> <p>10、滤波范围：低通≥15Hz~10kHz(12dB/oct) 高通≥0.02Hz~1kHz(6dB/oct)</p> <p>11、EP刺激信号：</p> <p>11.1刺激声类型：Click短声、Tone Burst短纯音</p> <p>11.2刺激信号参数设置：频率、强度、上升/平台/下降时间、包络类型均可调</p> <p>11.3给声刺激速率：≥0.2~180次/s</p> <p>11.4、最大输出强度：≥132dB SPL</p> <p>12、掩蔽声类型：白噪声（可编辑）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：耳鼻喉动力系统 是否允许进口：是

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>第一部分：主机</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 控制及显示其转速、转向(顺、逆时针旋转，摆动) 2. 菜单式操作：有多种手术模式选择，方便助手操作。 3. 泵：提供刀头注水冲洗。 <p>第二部分：脚踏开关</p> <p>可控制手柄转速（无极变速50—60000转/分钟）及注水泵冲水速度。</p> <p>第三部分：鼻科手柄</p> <p>握笔式设计</p> <p>直排引式手柄，吸引、切割、排出为一直线。</p> <p>往复最大转速 = 5000转/分钟；</p> <p>单向最大转速 = 12000转/分钟</p> <p>最低速度可降至 50转/分钟。</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 扭矩>108 mNm。 5. 钛金属材质，质量≤240克。 6. 手柄同电缆可高温高压及环氧乙烷熏蒸消毒。 7. 手柄上的转盘可以控制刀头仅刀口360度旋转（需使用匹配刀头） 8. 手柄两侧有为固定注水管而设计的凹槽 9. 手柄颈部有刀头旋转锁定装置 <p>相应配套手柄：能与种类繁多的刀头及钻头（100余种）匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 刀头：（特色刀头） <p>00刀头：鼻息肉、筛房切除术</p> <p>400刀头：上颌窦、额窦手术</p> <p>400反向开口刀头：腺样体、增值体手术</p> <p>600刀头：上颌窦、额窦手术，可达上颌窦腔内</p> <p>1200刀头：上颌窦囊肿手术</p> <p>喉刀头：无齿，声门及声门下乳头状瘤的切除</p> <p>带剥离子的下鼻甲刀头：下鼻甲肥大粘膜下切除术</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 钻头：带注水和吸引孔（特色钻头） <p>00高速钻头：后鼻孔闭锁开放、蝶窦手术</p> <p>150弯杆切割钻头：鼻泪囊手术</p> <p>150弯杆金刚砂钻头：直径2.9mm，鼻泪囊手术、经蝶窦视神经管减压；</p> <p>直径5mm，经蝶窦垂体瘤手术。</p> <p>550高速额窦钻头：额窦手术</p> <p>700锥形金刚钻：额窦手术</p> <p>带剥离子的鼻中隔钻头：分离鼻中隔粘膜并同时削除偏曲骨质</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：中耳分析仪 是否允许进口：是

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.测试功能：手动/自动鼓室图，声反射筛查，同/对侧声反射阈，同/对侧声反射衰减</p> <p>2鼓室图探测音频率：226Hz，1000Hz</p> <p>3.动态探测音声强</p> <p>4.频率精度：± 0.5%</p> <p>5.范围：0.2 ml 至8.0 ml</p> <p>6.声反射阈和声反射衰减灵敏度：0.01、0.02、0.03、0.04 或 0.05 mmho</p> <p>7.声反射步进大小：1、2、5、10 dB</p> <p>8.刺激纯音：500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz</p> <p>9.气压系统范围：标准(+200 至 -400) daPa/s 。扩展(+400 至 -600)daPa/s</p> <p>10.压力扫频速率：（50、100、200、400、600）daPa/s ± 20%</p> <p>11.音频警报：如果测试中断将发出警报</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：超声乳化手术系统 是否允许进口：是

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>适用范围：用于白内障超声乳化手术及前段玻璃体切割手术</p> <p>超声系统：</p> <p>1. 超声频率：≥40KHZ</p> <p>2. 手柄：4压电晶片手柄。</p> <p>3. 超声模式：连续，脉冲，递增，爆破，自动脉冲系统（APS Plus），可变脉冲（VIS）</p> <p>4. 能量控制：0—100%能量可调。</p> <p>负压系统：</p> <p>★1. 泵系统：蠕动泵。</p> <p>2. 负压范围：0 至 650 mmHg（增量为 5 mmHg）</p> <p>3. 负压（操作）：固定值 / 线性值（负压按照脚踏板的踩下量变化。）</p> <p>流量系统</p> <p>1. 流量：受抽吸泵转速控制</p> <p>2. 流量范围：≥0 至 60 mL/min（增量为 1 mL/min）</p> <p>3. 流量（操作）：固定值 / 线性值（流量按照脚踏板的踩下量变化。）</p> <p>4. 通风：灌流通风</p> <p>5. 回流：灌流压力</p> <p>前段玻切：</p> <p>1、负压及流速：负压0—650mmHg，流速0—60cc/min。</p> <p>2. 驱动源：气动玻切，内置气压机。</p> <p>3. 前节切速：前段玻切≥1000次/分。</p> <p>超乳针头：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 针头形状包括： <p>1) 标准平口、喇叭口；</p>

	<p>2) 直头和弯曲（上弯和下弯）探头，</p> <p>3) 探头斜面支持0°-45°</p> <p>4) 支持1.8-3.2mm手术切口（可做1.8mm超微切口超声乳化术）</p> <p>脚控模式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有线性/定性控制两种方式。 2. 全程脚踏可控。 3. 设有三档位，脚踏行程可调；换挡阻尼可调。 <p>主机界面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 记忆功能：可编辑≥20个医生数据。 2. 中文彩色触摸显示屏≥10英寸LCD屏。 3. 声音提示功能。 <p>灌流系统</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 灌流压力（电动）：由灌流杆高度控制可移动范围距离根部高度 30 至 90 cm （灌流杆顶端至负压传感器的绝对高度差） 2. 开始 / 停止：利用电磁阀控制（具有自由流量功能） <p>标配2套超乳手柄，2个MICS针头（[满足≤2.0mm切口]）2个标准超乳针头[满足≤2.8mm切口]及2套注吸手柄，注吸头4个（其中细的注吸头2个[满足≤2.0mm切口]，标准注吸头2个（满足≤2.8mm切口）</p> <p>针头扳手2个MICS超乳灌流套管5个（满足≤2.0mm切口），标准灌流套管10个（满足≤2.8mm切口）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有履行能力的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够从其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

合同包1（心脏彩色多普勒超声）：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

合同包2（电子内窥镜系统（1条胃镜、1条肠镜、1条治疗镜））：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

合同包3（实验室标本自动检测分析系统）：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

合同包4（纯音听力计等）：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标:

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动

6. 有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;(或参与竞争的核心产品品牌不足3个)的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算;

(4) 因重大变故,采购任务取消;

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排序,确定中标人或者推荐中标候选人。

二. 政府采购政策落实

1. 节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定,凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位,按照以下比例给予相应的价格扣除:(监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微企业)

合同包1(合同包1(心脏彩色多普勒超声))

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时，给予C1的价格扣除（C1为扣除比例，取值范围为6%-10%），即：评标价=核实价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（合同包2（电子内窥镜系统（1条胃镜、1条肠镜、1条治疗镜）））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时，给予C1的价格扣除（C1为扣除比例，取值范围为6%-10%），即：评标价=核实价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包3（合同包3（实验室标本自动检测分析系统））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时，给予C1的价格扣除（C1为扣除比例，取值范围为6%-10%），即：评标价=核实价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包4（合同包4（纯音听力计等））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时，给予C1的价格扣除（C1为扣除比例，取值范围为6%-10%），即：评标价=核实价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附,不可修改),未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定,对投标文件中的资格证明文件等进行审查,以确定投标投标人是否具备投标资格。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据招标文件的规定,从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的,评审结果为未通过,未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 核心产品同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目,提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人,其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 详细评审

综合评分法:分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审(得分四舍五入保留两位小数)。(详见后附表三详细评审表)

最低评标价法:无

6. 汇总、排序

综合评分法:评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定;上述相同的,按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序;以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

最低评标价法:投标文件满足招标文件全部实质性要求,且进行政府采购政策落实的价格扣除后,对投标报价进行由低到高排序,确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的,按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的,按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序;以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一资格性审查表:

合同包1(合同包1(心脏彩色多普勒超声))

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”书面声明函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据。(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准) 2.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证。(以专用收据或社会保险缴纳清单为准) 注:其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函;
信用记录	到提交投标文件的截止时间,投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
本项目的特定资格要求	代理商须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》,如是生产企业须具有有效的《医疗器械生产许可证》;所投产品具备有效的《医疗器械产品注册证》;具有国内代理商针对本项目拟提供的医疗器械的相关授权书;
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

合同包2(合同包2(电子内窥镜系统(1条胃镜、1条肠镜、1条治疗镜)))

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”书面声明函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据。(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准) 2.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证。(以专用收据或社会保险缴纳清单为准) 注:其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
本项目的特定资格要求	代理商须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，如是生产企业须具有有效的《医疗器械生产许可证》；所投产品具有有效的《医疗器械产品注册证》；具有国内代理商针对本项目拟提供的医疗器械的相关授权书；
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

合同包3（合同包3（实验室标本自动检测分析系统））

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”书面声明函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
本项目的特定资格要求	代理商须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，如是生产企业须具有有效的《医疗器械生产许可证》；所投产品具有有效的《医疗器械产品注册证》；具有国内代理商针对本项目拟提供的医疗器械的相关授权书；
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

合同包4（合同包4（纯音听力计等））

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”书面声明函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
本项目的特定资格要求	代理商须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，如是生产企业须具有有效的《医疗器械生产许可证》；所投产品具有有效的《医疗器械产品注册证》；具有国内代理商针对本项目拟提供的医疗器械的相关授权书；
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

表二符合性审查表：

合同包1（合同包1（心脏彩色多普勒超声））

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包2（合同包2（电子内窥镜系统（1条胃镜、1条肠镜、1条治疗镜）））

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包3（合同包3（实验室标本自动检测分析系统））

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包4（合同包4（纯音听力计等））

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包1（心脏彩色多普勒超声）

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分
技术部分	<p>根据本项目投标人提供的各项技术指标的详细描述及产品检测报告，或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证文件以及投标人认为需要提供的其他技术资料进行评审，产品的关键技术参数及佐证文件达到招标文件要求的技术分得20分，达不到招标文件要求的为无效投标。产品的重要技术参数有一项不满足招标文件要求的扣3分，其他技术参数每有一项不满足招标文件要求的扣1分，扣完20分为止。注明： 1、技术规格书中标注“★”号的为关键参数，对这些技术参数的负偏离将导致废标； 2、“■”号项为重要技术参数，对于这些参数的负偏离，每项负偏离扣3分； 3、非“★”“■”项为其他技术参数，对于这些参数的负偏离，每项负偏离扣1分</p>

	技术部分2 (10.0分)	根据供应商针对本项目制定的工作安排计划（包括操作、使用、人员安排、配送等），内容全面周到、细致得10分；内容基本全面周到、细致得7分；内容有欠缺，有待完善的得3分；未提供或不满足要求得0分。
	技术部分3 (10.0分)	根据所投产品整体性能、环保性、实用性，做工好；优于其他同类产品得10分；产品整体能够较好的满足采购需求得7分；产品整体性能、技术水平一般得3分；未提供或不满足要求得0分。
	技术部分4 (10.0分)	根据供应商针对用户的适用性，内容周到、细致、科学合理，得10分；内容常规简单、基本符合项目需求得7分；内容有欠缺，有待完善的得3分；未提供或不满足要求得0分。
商务部分	根据供应商2021年度财务审计报告或近期银行资信证明进行评审 (5.0分)	根据供应商2021年度财务审计报告或近期银行资信证明进行评审，提供且真实的得5分，没有提供或提供不真实的得0分
	根据供应商的售后承诺、售后保障体系、质保期、本地化服务机构和人员、供应商基本情况及需要提供的其它说明和资料进行评审 (15.0分)	根据供应商的售后承诺、售后保障体系、质保期、本地化服务机构和人员、供应商基本情况及需要提供的其它说明和资料进行评审，优得满分15分，良得10分，一般得5分，差得3分，较差得0分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

合同包2（电子内窥镜系统（1条胃镜、1条肠镜、1条治疗镜））

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分	
	商务部分20.0分	
	报价得分30.0分	
技术部分	技术部分1 (20.0分)	根据本项目投标人提供的各项技术指标的详细描述及产品检测报告，或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证文件以及投标人认为需要提供的其他技术资料进行评审，产品的关键技术参数及佐证文件达到招标文件要求的技术分得20分，达不到招标文件要求的为无效投标。产品的重要技术参数有一项不满足招标文件要求的扣3分，其他技术参数每有一项不满足招标文件要求的扣1分，扣完20分为止。注明：1、技术规格书中标注“★”号的为关键参数，对这些技术参数的负偏离将导致废标；2、“■”号项为重要技术参数，对于这些参数的负偏离，每项负偏离扣3分；3、非“★”“■”项为其他技术参数，对于这些参数的负偏离，每项负偏离扣1分
	技术部分2 (10.0分)	根据供应商针对本项目制定的工作安排计划（包括操作、使用、人员安排、配送等），内容全面周到、细致得10分；内容基本全面周到、细致得7分；内容有欠缺，有待完善的得3分；未提供或不满足要求得0分。
	技术部分3 (10.0分)	根据所投产品整体性能、环保性、实用性，做工好；优于其他同类产品得10分；产品整体能够较好的满足采购需求得7分；产品整体性能、技术水平一般得3分；未提供或不满足要求得0分。
	技术部分4 (10.0分)	根据供应商针对用户的适用性，内容周到、细致、科学合理，得10分；内容常规简单、基本符合项目需求得7分；内容有欠缺，有待完善的得3分；未提供或不满足要求得0分。
商务部分	根据供应商2021年度财务审计报告或近期银行资信证明进行评审 (5.0分)	根据供应商2021年度财务审计报告或近期银行资信证明进行评审，提供且真实的得5分，没有提供或提供不真实的得0分
	根据供应商的售后承诺、售后保障体系、质保期、本地化服务机构和人员、供应商基本情况及需要提供的其它说明和资料进行评审 (15.0分)	根据供应商的售后承诺、售后保障体系、质保期、本地化服务机构和人员、供应商基本情况及需要提供的其它说明和资料进行评审，优得满分15分，良得10分，一般得5分，差得3分，较差得0分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

合同包3（实验室标本自动检测分析系统）

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术部分1 (20.0分)	根据本项目投标人提供的各项技术指标的详细描述及产品检测报告，或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证文件以及投标人认为需要提供的其他技术资料进行评审，产品的关键技术参数及佐证文件达到招标文件要求的技术分得20分，达不到招标文件要求的为无效投标。产品的重要技术参数有一项不满足招标文件要求的扣3分，其他技术参数每有一项不满足招标文件要求的扣1分，扣完20分为止。注明：1、技术规格书中标注“★”号的为关键参数，对这些技术参数的负偏离将导致废标；2、“■”号项为重要技术参数，对于这些参数的负偏离，每项负偏离扣3分；3、非“★”“■”项为其他技术参数，对于这些参数的负偏离，每项负偏离扣1分
	技术部分2 (10.0分)	根据供应商针对本项目制定的工作安排计划（包括操作、使用、人员安排、配送等），内容全面周到、细致得10分；内容基本全面周到、细致得7分；内容有欠缺，有待完善的得3分；未提供或不满足要求得0分。
	技术部分3 (10.0分)	根据所投产品整体性能、环保性、实用性，做工好；优于其他同类产品得10分；产品整体能够较好的满足采购需求得7分；产品整体性能、技术水平一般得3分；未提供或不满足要求得0分。
	技术部分4 (10.0分)	根据供应商针对用户的适用性，内容周到、细致、科学合理，得10分；内容常规简单、基本符合项目需求得7分；内容有欠缺，有待完善的得3分；未提供或不满足要求得0分。
商务部分	根据供应商2021年度财务审计报告或近期银行资信证明进行评审（5.0分）	根据供应商2021年度财务审计报告或近期银行资信证明进行评审，提供且真实的得5分，没有提供或提供不真实的得0分
	根据供应商的售后承诺、售后保障体系、质保期、本地化服务机构和人员、供应商基本情况及需要提供的其它说明和资料进行评审（15.0分）	根据供应商的售后承诺、售后保障体系、质保期、本地化服务机构和人员、供应商基本情况及需要提供的其它说明和资料进行评审，优得满分15分，良得10分，一般得5分，差得3分，较差得0分。
投标报价	投标报价得分（30.0分）	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

合同包4（纯音听力计等）

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术部分1 (20.0分)	根据本项目投标人提供的各项技术指标的详细描述及产品检测报告，或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证文件以及投标人认为需要提供的其他技术资料进行评审，产品的关键技术参数及佐证文件达到招标文件要求的技术分得20分，达不到招标文件要求的为无效投标。产品的重要技术参数有一项不满足招标文件要求的扣3分，其他技术参数每有一项不满足招标文件要求的扣1分，扣完20分为止。注明：1、技术规格书中标注“★”号的为关键参数，对这些技术参数的负偏离将导致废标；2、“■”号项为重要技术参数，对于这些参数的负偏离，每项负偏离扣3分；3、非“★”“■”项为其他技术参数，对于这些参数的负偏离，每项负偏离扣1分
	技术部分2 (10.0分)	根据供应商针对本项目制定的工作安排计划（包括操作、使用、人员安排、配送等），内容全面周到、细致得10分；内容基本全面周到、细致得7分；内容有欠缺，有待完善的得3分；未提供或不满足要求得0分。
	技术部分3 (10.0分)	根据所投产品整体性能、环保性、实用性，做工好；优于其他同类产品得10分；产品整体能够较好的满足采购需求得7分；产品整体性能、技术水平一般得3分；未提供或不满足要求得0分。
	技术部分4 (10.0分)	根据供应商针对用户的适用性，内容周到、细致、科学合理，得10分；内容常规简单、基本符合项目需求得7分；内容有欠缺，有待完善的得3分；未提供或不满足要求得0分。
	根据供应商2021年度财务审计报告或近期银行资信证明进行评审（5.0分）	根据供应商2021年度财务审计报告或近期银行资信证明进行评审，提供且真实的得5分，没有提供或提供不真实的得0分

商务部分	根据供应商的售后承诺、售后保障体系、质保期、本地化服务机构和人员、供应商基本情况及需要提供的其它说明和资料进行评审 (15.0分)	根据供应商的售后承诺、售后保障体系、质保期、本地化服务机构和人员、供应商基本情况及需要提供的其它说明和资料进行评审，优得满分15分，良得10分，一般得5分，差得3分，较差得0分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ <p>【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

格式一：

投标文件封面

(项目名称)
投标文件
(正本/副本)

项目编号：

包 号： 第 包 (若项目分包时使用)

(投标人名称)

年 月 日

格式二：

投标文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、开标一览表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、投标人基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、投标人业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、内蒙古天祥项目管理有限公司：

1.按照已收到的 项目(项目编号：)招标文件要求，经我方 (投标人名称) 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人法人签字： (加盖公章)

年 月 日

格式四：

开标一览表

说明：1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。

- 2. 价格应按照“投标人须知”的要求报价。
- 3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
- 4. 《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：
年 月 日

格式五：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。代理人无转委托权。

投标人：_____（加盖公章）
法定代表人：_____（签字）
授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

____年____月____日

格式六：

投标保证金

投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式七：

投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

内蒙古天祥项目管理有限公司：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
- 2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
- 3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
- 4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
- 5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
- 6.本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

联合体成员名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参

加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式十五:(不属于可不填写内容或不提供)

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六:(不属于可不填写内容或不提供)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称(加盖公章):

日期:

格式十七:

分项报价明细表

注:采用电子招投标的项目无需编制该表格,投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写,投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表,若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表,且与投标客户端生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表信息内容不一致,以投标客户端生成的内容为准。

格式十八:

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**(如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等)。若有不符合或未按承诺履行的,后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容(如标的提供的时间、地点,质保期等)。

特此承诺。

投标人名称:(加盖公章)

年月日

格式十九:

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明:

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供其他资料。