

自治区现代农业产业园科技示范园农 畜产品质量安全监管设备提档升级项 目

公开招标文件

采购单位名称：喀喇沁旗农牧局

采购代理机构名称：内蒙古鑫诚工程项目管理有限公司

项目编号：**CFZCKQS-G-H-240042**

2024年08月15日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古鑫诚工程项目管理有限公司受喀喇沁旗农牧局委托，采用公开招标方式组织采购自治区现代农业产业园科技示范园农畜产品质量安全监管设备提档升级项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：自治区现代农业产业园科技示范园农畜产品质量安全监管设备提档升级项目

项目编号：CFZCKQS-G-H-240042

采购计划备案号：赤政采计划[2024]喀旗01854

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	自治区现代农业产业园科技示范园农畜产品质量安全监管设备提档升级项目	29	详见招标文件	871,290.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（自治区现代农业产业园科技示范园农畜产品质量安全监管设备提档升级项目）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古鑫诚工程项目管理有限公司

地址：赤峰市喀喇沁旗河南街道学府花园A区9号楼

联系人：齐志楠

联系电话：13500669723

采购单位名称：喀喇沁旗农牧局

地址：喀喇沁旗锦山镇

联系人：乌站长

联系电话：0476-3755606

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包 1 （自治区现代农业产业园科技示范园农畜产品质量安全监管设备提档升级项目）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件 1 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： 400-0471-010 转 2 键
9	投标文件数量	（ 1 ）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （ 2 ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 0 份。 （ 3 ）纸质投标文件（正本） 0 份；纸质投标文件（副本） 0 份。
10	中标人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包 1 ： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。 采购机构代理服务收费标准：中标金额的 1.5% ，不足 1 万元的按 1 万元收取
15	投标保证金	自治区现代农业产业园科技示范园农畜产品质量安全监管设备提档升级项目：保证金人民币： 0.00 元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ CA ）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

1 7	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
1 8	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
1 9	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2 0	报价形式	合同包1（自治区现代农业产业园科技示范园农畜产品质量安全监管设备提档升级项目）：总价
2 1	现场踏勘	否
2 2	其他	兼投兼中：兼投兼中

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已招标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指喀喇沁旗农牧局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古鑫诚工程项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一

CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

自治区现代农业产业园科技示范园农畜产品质量安全监管设备提档升级项目

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2022或2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。（格式自拟）
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	供应商提供自本项目公告发布至提交投标文件的截止时间内：（1）经“信用中国”网站查询的供应商未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图；（2）经“中国政府采购网”网站查询的供应商未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图。注：①上述信息在评标现场进行核实；②招标文件中的“税收违法黑名单”等同于“重大税收违法失信主体”；③因“信用中国”网站“失信被执行人”查询链接变更，本项查询方式按网站要求通过链接查询“中国执行信息公开网”显示的内容并截图即可，其余内容查询方式不变。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

喀喇沁旗农牧局自治区现代农业产业园科技示范园农畜产品质量安全监管设备提档升级项目

二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（自治区现代农业产业园科技示范园农畜产品质量安全监管设备提档升级项目）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后60个日历天内完成安装调试完毕等全部工作内容。
标的提供的地点	采购人要求地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后，采购人向成交供应商支付100%货款（具体付款情况以财政支付进度为准）。
验收要求	1期：安装、调试、培训完成后，由采购人组织验收，按政府采购合同规定的内容进行验收，验收合格签署《验收书》。
履约保证金	不收取
其他	其他：（1）质保期：三年（质保期自采购人最终验收通过起开始计算）。7×24小时售后服务响应。供货商应保证所提供的产品是经过合法渠道取得的，具有自主知识产权，并完全符合合同规定的各项条件和要求。（2）投标人投标报价包含但不限于完成本项目采购设备、供货运输、保管、安装（包含安装所必须的人力、材料和施工机械等）、调试、培训、税金等全部费用。运输过程中发生的损耗由供应商自行承担。（3）所供应的货物必须是全新、未使用过的合格产品，质量达到国家有关标准规范的合格要求，交货时须出具符合国家规定的货物说明书和货物合格证书等有关货物的合格证明材料、详细技术资料等，由采购人进行审核。货物到达合同约定地点后，采购人组织专家组成验收小组，按政府采购合同规定的内容进行验收，验收合格方可交货。（4）器材安全警示应采用图文方式提示使用者可能存在风险。（5）本次采购器材供应商需无偿配合采购人做好器材标识工作。

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1	△	其他仪器仪表	多光谱一体化智能药材种子初筛仪	台	100	177,200.00	177,200.00	否	工业	详见附表一
2		其他仪器仪表	连续扫频式透 反射幅频特性中药材非接触式全息无损检测仪台便两用式	台	100	215,000.00	215,000.00	否	工业	详见附表二

3		其他仪器仪表	种子低温低湿贮藏柜	台	1.00	17,800.00	17,800.00	否	工业	详见附表三
4		其他计算机软件	两用式检测仪测量软件 化学分析软件	套	1.00	204,000.00	204,000.00	否	工业	详见附表四
5		其他仪器仪表	电动筛选器	台	1.00	4,620.00	4,620.00	否	工业	详见附表五
6		其他仪器仪表	钟鼎式分样器	台	1.00	2,660.00	2,660.00	否	工业	详见附表六
7		其他仪器仪表	种子净度工作台	台	1.00	6,420.00	6,420.00	否	工业	详见附表七
8		其他仪器仪表	快速水分仪	台	1.00	4,620.00	4,620.00	否	工业	详见附表八
9		其他电气设备	智能人工气候箱	台	1.00	32,300.00	32,300.00	否	工业	详见附表九
10		其他仪器仪表	数显电导仪	台	1.00	3,620.00	3,620.00	否	工业	详见附表一十
11		其他电气设备	可温控摇床	台	1.00	7,660.00	7,660.00	否	工业	详见附表一十一
12		其他仪器仪表	紫外可见分光光度计	台	1.00	72,660.00	72,660.00	否	工业	详见附表一十二
13		其他仪器仪表	火焰光度计	台	1.00	17,220.00	17,220.00	否	工业	详见附表一十三
14		其他仪器仪表	高精度土壤肥料养分检测仪	台	1.00	27,200.00	27,200.00	否	工业	详见附表一十四
15		其他仪器仪表	移液枪	台	4.00	1,680.00	6,720.00	否	工业	详见附表一十五

16	其他仪器仪表	便携式数字滴定器	台	1.00	6,900.00	6,900.00	否	工业	详见附表一十六
17	其他仪器仪表	电子天平（千分之一）	台	1.00	1,680.00	1,680.00	否	工业	详见附表一十七
18	其他仪器仪表	加热磁力搅拌器	台	1.00	2,720.00	2,720.00	否	工业	详见附表一十八
19	其他仪器仪表	pH值测定仪	台	1.00	2,720.00	2,720.00	否	工业	详见附表一十九
20	其他电气设备	电热恒温水浴锅	台	1.00	3,300.00	3,300.00	否	工业	详见附表二十
21	其他电气设备	台式恒温振荡器	台	1.00	13,300.00	13,300.00	否	工业	详见附表二十一
22	其他电气设备	超声波清洗机	台	1.00	4,420.00	4,420.00	否	工业	详见附表二十二
23	其他电气设备	晾干架	台	1.00	880.00	880.00	否	工业	详见附表二十三
24	其他电气设备	实验操作台	台	9.00	2,720.00	24,480.00	否	工业	详见附表二十四
25	其他电气设备	药品储藏柜	台	1.00	1,680.00	1,680.00	否	工业	详见附表二十五
26	其他电气设备	消毒柜	台	1.00	3,510.00	3,510.00	否	工业	详见附表二十六
27	其他电气设备	微波炉	台	1.00	880.00	880.00	否	工业	详见附表二十七
28	其他电气设备	低温样品保存箱	台	2.00	1,680.00	3,360.00	否	工业	详见附表二十八

29	其他电气设备	试验架	套	2.00	880.00	1,760.00	否	工业	详见附件二十九
----	--------	-----	---	------	--------	----------	---	----	---------

附表一：多光谱一体化智能药材种子初筛仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>一、智能模式:AI智能分选，智慧仿真，一键操作。</p> <p>形选模式:大小算法、长短算法等多种形选功能。</p> <p>喷吹系统:电磁阀及消磁技术，频率为1200-1500H</p> <p>操作系统:开机系统自动检测，配备全景智能分析系统，“一键智能”可实现好料坏料所有数据设定。自带WIFI 远程连接。</p> <p>出料系统: 入料防护加软着陆缓冲设计，针对多方需求，出料斗有“大斗”及每组独立的“小料斗”两种选配方案。</p> <p>图像采集系统: 全彩高速线扫描成像CCD传感器，专用镜头精准识别0.03mm²的细微病菌，满足同时分选、单独分选的要求。</p> <p>★光源：智能LED光源无极调节，可配备RGB可变色背景灯</p> <p>图像处理系统：采用一键抓拍系统，实时采集和处理物料图片，配合多种智能复杂算法，针对各类杂质、微差物料，提供了灵活的分选组合方案。</p> <p>产品参数</p> <p>产量: ≥1T/H</p> <p>精度:≥99.99%</p> <p>带出比:≥30:1</p> <p>最小分辨率: ≤0.15mm</p> <p>整机功率: ≥3KW</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：连续扫频式透 反射幅频特性中药材非接触式全息无损检测仪台便两用式 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>★兼容喀喇沁旗中蒙药材标准化生态产业园项目-中蒙药材大数据服务平台及溯源检测平台，可与采购单位现有平台对接，并提供承诺函。</p> <p>■连续扫频式透/反射幅频特性中药材非接触式全息无损检测仪厂家必须对连续扫频式透/反射幅频特性中药材非接触式全息无损检测仪内嵌的测量化学分析软件有拥有100%的知识产权，并提供软件著作权证明文件。</p> <p>通过扫频结合前处理剂进行全息无损测定，能够使用平台专用数据库，包括但不限于桔梗、沙参、党参、黄芪、苍术等药材干品和鲜品比对数据库模型指导辅助采购方建库，在上位平台开发的检测软件和化学分析软件框架内实现所有需要检测的有效成分定量无损检测，能实时分析药材家族/地理特征数据，实时由平台向所有用户共享，随时查看每一个地理标志中蒙药材成分特性图。</p> <p>■扫频范围：900nm-1700nm</p> <p>■检测器类型：固定光栅阵列型</p> <p>■基线噪声：<0.0005AU</p> <p>■基线重复性：<0.0005AU</p> <p>■波长准确性：<0.5nm</p> <p>■波长重复性：<0.05nm</p> <p>■吸光度重复性：<0.0008AU</p> <p>测样模式液体、固体粉末、固体颗粒</p> <p>测样时间：100us-500 ms（单次），可按需设置</p> <p>光路切换内置光路切换器，实现自动暗元、参比、样品、校准光路切换，无需人为干预</p> <p>操作系统内置Windows10/11 64位操作系统，支持安装第三方Windows应用程序</p> <p>主要功能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.仪器自检（基线噪声、基线重复性、波长准确性、波长重复性、吸光度重复性）； 2.单次测量、连续测量、平均测量、自动测量； 3.定性分析； 4.定量分析； 5.使用自有知识产权的化学计量学软件，具有模型自动优化功能，优化参数组合不少于10万种。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三：种子低温低湿贮藏柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节；</p> <p>专用操作系统，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能；</p> <p>采用离心风机，通过风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精；</p> <p>箱体左右侧配有检测口接头，内径约30mm、外径约60mm正负3mm；配机械锁，压缩机功率90-300瓦，非R12、R600a冷媒。</p> <p>采用变频式制冷系统，支持全温段持续无霜运行；</p> <p>湿度传感器采用进口元器件，采用翅片加湿电热管加湿，外配大容量水箱；</p> <p>可编程程序设计，可设置30段99周期；具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。</p> <p>技术参数：</p> <p>控温范围：4°C-60°C（不控湿时）20°C-60°C（控湿时）</p> <p>分辨率：≤0.1°C</p> <p>波动度：±0.5°C（加热），±0.7°C（制冷）</p> <p>均匀度（25°C时）：±1°C</p> <p>控湿范围：20%~60%RH</p> <p>湿度波动：±3%-7%</p> <p>输入功率：≤1300W</p> <p>定时范围：0-9999分钟</p> <p>容积：≥150L</p> <p>载物托架：3块</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四：两用式检测仪测量软件 化学分析软件 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>★兼容喀喇沁旗中蒙药材标准化生态产业园项目-中蒙药材大数据服务平台及溯源检测平台，可与采购单位现有平台对接，并提供承诺函。</p> <p>■两用式检测仪测量软件、化学分析软件厂家必须对两用式检测仪测量软件、化学分析软件拥有100%的知识产权，并提供软件著作权证明文件。</p> <p>★采购方拥有软件终身使用权，质保期内免费升级权。提供叁年免费维护，供方需提供承诺函。</p> <p>软件具有成熟的桔梗、沙参、党参、黄芪、苍术等中药材的成分数据库模型指导辅助采购方建库，便于指导规范道地中药材生产和地理标志产品体系的建立。</p> <p>要求操作界面清晰简洁兼容多种谱图数据格式，支持谱图显示、谱图处理、统计学分析向导式模型建立操作流程，指导用户逐步完成分析模型的建立交互式模型参数调整，使用便捷轻松，动态更新模型效果，支持定性模型、定量模型、检索谱库的建立，实现定性分析、定量分析、谱图检索，可视式模型效果评价，提供多种模型效果统计视图，直观显示模型效果，智能模型参数推荐功能，内置多套适合不同样品类型使用的模型参数推荐组合智能模型优化建立功能，根据用户预设的模型预测评价精度要求，智能组合模型参数，参数组合数量不少于10万种以上，并为用户推荐最优分析模型智能预测评价，允许用户添加多个分析模型，软件筛选最匹配的分析模型用于谱图预测评价，提高谱图预测评价结果准确性，支持生成精简分析模型，配合嵌入式操作使用，例如:WindowsCE支持分析模型加密保护，支持二次开发，授权提供基于C#的二次开发SDK应用，允许用户对谱图进行多类型显示、谱图处理、统计学分析等建立评价项目，允许用户内置定性、定量模型建立检索项目，允许用户内置标准谱图实现谱图评价，利用评价项目实现谱图预测评价，实现定性、定量分析谱图检索，利用检索项目实现谱图匹配检索，获得匹配结果。</p> <p>内置Windows10/11，64位操作系统，支持安装第三方Windows应用程序，配合无损检测仪实现下列具体功能：</p> <p>■1.仪器自检（基线噪声、基线重复性、波长准确性、波长重复性、吸光度重复性）；</p> <p>2.单次测量、连续测量、平均测量、自动测量；</p> <p>3.定性分析；</p> <p>4.定量分析；</p> <p>5.化学分析计量学软件，具有模型自动优化功能，优化参数组合不少于10万种。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：电动筛选器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>符合国标GB/T5494-2019《粮食检验粮食、油料检验杂质、不完善粒检验法》国家标准。电脑筛选器采用单片机控制仪器的正转与反转，可以不关电源反复工作</p> <p>1.筛量：≥500g</p> <p>2.筛框层次：≥10层</p> <p>3.筛动幅度：≥100mm</p> <p>4.回转速度：115±5r/min</p> <p>5.顺逆转时间：60±2%_s/60±2%_s</p> <p>6.配套筛子外径：≥220mm</p> <p>7.电机功率：≥60W</p> <p>8.筛片一套，筛孔参数中标后由使用方另行约定。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：钟鼎式分样器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>适用于：菜籽、稻谷、小麦、玉米、大豆等颗粒食油料样品及药材种子的混合的分样。</p> <p>技术参数</p> <p>■1.最大分量：≥2000g</p> <p>2.分样格式：36格</p> <p>3.分样误差:小颗粒<0.6%;大颗粒<2%</p> <p>4.应范围：玉米、大豆、稻谷、小麦、桔梗种子、沙参种子、党参种子、黄芪种子、苍术种子等</p> <p>5.材质：不锈钢</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：种子净度工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、工作台由白光投射观察台、偏振光防眩目透射观察台和放大装置三部分一体化构成。</p> <p>2、净度工作台台面的灯光采用遥控开关控制和手动控制双功能。白光台面灯光、偏振光台面灯光、放大镜灯可单独控制，用户可以根据实际需要组合使用。</p> <p>3、放大和照明装置采用活臂式拉伸设计，使用时可自由拉伸到台面上的每个位置。</p> <p>4、采用高亮度低耗能的冷光源。</p> <p>5、透射照明功能（能完全滤除背景光源的干扰，可进行对种子外形评判，切片观察，病理分析，品种鉴定以及种子发芽，幼苗生长叶片分析，菌落计数、米质分析等综合功能，并适于拍摄高质量的照片）。</p> <p>工作台尺寸：≥1300mm×650mm×750mm</p> <p>工作台电源：220V 50Hz</p> <p>观察台规格：≥630mm×500mm</p> <p>偏振光平台：≥270mm×270mm</p> <p>放大倍率：5X</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：快速水分仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>自动称重；自动温度补偿；自动测量水分；自动关机；</p> <p>空机修正水分；最新补偿模式；交直流两用；</p> <p>用户可自行定标和修正误差。</p> <p>■测量对象：稻谷、大豆、小麦、油菜籽、玉米、大麦、药材种子等非金属颗粒状物质</p> <p>■测量误差：≤±0.5%（主要水分范围）</p> <p>重复误差：≤0.2%</p> <p>测量范围：3%-35%</p> <p>测量时间：≤10s</p> <p>使用环境温度：0℃-40℃</p> <p>温度补偿：自动</p> <p>定标：浮动三点定标，品种不限（常见品种已预先定标，可直接测量）</p> <p>工作电源：5号干电池四节</p> <p>取样方式：定重≥150克（特殊样品除外）</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：智能人工气候箱 是否允许进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	<p>■智能操作系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；</p> <p>■LCD液晶触摸屏，触摸式操作：</p> <p>24小时制参数设定，模拟大自然中每天的环境变化；</p> <p>支持查看历史报警记录，记录内容带有报警详情和确切的报警日期和时间；</p> <p>支持查看仪器温度、湿度等的表格和数据曲线；</p> <p>支持10万条以上的数据记录存储，并支持USB导出备份；</p> <p>多级密码管理，防止随意操作对内部参数造成改动；</p> <p>采用变频式制冷系统，支持全温段持续无霜运行；</p> <p>双层门设计，具备全景玻璃观察内门；</p> <p>设备配置USB接口、RS485接口各1个；</p> <p>具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口；</p> <p>具备内门冷凝水回收系统和腔体冷凝水回收系统；</p> <p>配机械门锁；</p> <p>设备左右侧各有一个内径为3cm（正负2mm）的验证口；</p> <p>内腔采用全弧角设计；</p> <p>门封采用高级磁封结构，</p> <p>光照控制系统采用搁板式光源；</p> <p>搁板式光照光源与载物搁架相结合；</p> <p>支持同时调节光照光源与载物搁架的位置；</p> <p>光源采用全光谱高光谱植物LED灯，选用远红、红、蓝、白四色灯珠构成；</p> <p>每层光照强度可单独调节；</p> <p>湿度控制系统加湿系统采用雾化加湿技术，设备自带侧挂式大容量储水箱，湿度传感器控制。</p> <p>■控温范围：0℃~70℃</p> <p>■分辨率：≤0.1℃</p> <p>波动度（25℃时）：±0.5℃</p> <p>均匀度（25℃时）：±1℃</p> <p>控湿范围：50%-95%RH</p> <p>湿度波动：±3%RH-7%RH</p> <p>光照强度：0-40000LUX（无级可调）</p> <p>输入功率：≥2050W</p> <p>生长高度：≥45 cm</p> <p>总生长面积：≥0.45m²</p> <p>内胆尺寸不小于(mm)：510×450×1090</p> <p>载物托架：2块</p> <p>光照层数：2层</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十：数显电导仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>6.0-10.3英寸高清液晶显示</p> <p>支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能</p> <p>支持IP54防护等级</p> <p>配复合电导电极、电极支架、防尘罩</p> <p>智能检测、自动识别</p> <p>智能判别终点, 支持平衡测量模式和连续测量模式</p> <p>支持自动/手动温度补偿自动识别4种GB电导标准溶液, 支持1点电导电极标定</p> <p>支持自动频率切换, 配套1.0常数电极可覆盖全量程测量</p> <p>数据管理, 信息追溯</p> <p>支持数据存储(50套)、查阅、删除</p> <p>■电导率级别1.0级电导率范围0.00μS/cm-200m S/cm</p> <p>最小分辨率0.01μS/cm, 根据量程自动切换</p> <p>电子单元引用误差±1.0%FS</p> <p>TDS范围0.00mg/L-100g/L</p> <p>最小分辨率0.01mg/L, 根据量程自动切换</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一: 可温控摇床 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>单轴无级可调振荡技术，</p> <p>振荡频率可大范围扩展至30-600rpm</p> <p>LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数运行参数加密锁定，</p> <p>直流无刷电机设计免保养，电网波动无影响</p> <p>超温声光报警功能，温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电</p> <p>具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速。</p> <p>■控制方式：微电脑环境扫描微处理芯片</p> <p>显示方式：LCD（液晶显示屏）</p> <p>驱动方式：单轴驱动式</p> <p>■控温范围：5°C-60°C</p> <p>1 温度调节精度：±0.1°C</p> <p>温度均匀性：±1°C（37°C时）</p> <p>机芯：旋转式</p> <p>驱动电机：直流无刷电机</p> <p>振荡频率：30rpm -250rpm（振幅<5mm时，可达600rpm）</p> <p>振荡幅度：Φ0-40mm无级可调</p> <p>定时范围：0-1000小时</p> <p>容积：≥70L</p> <p>摇板尺寸(mm)：≥440*390</p> <p>摇板数量(块)：1</p> <p>标准配置(ml×支)：250×10</p>		
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表一十二：紫外可见分光光度计 是否允许进口：否			
参数性质	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="229 1234 300 1335">序号</td> <td data-bbox="300 1234 1509 1335">具体技术(参数)要求</td> </tr> </table>	序号	具体技术(参数)要求
序号	具体技术(参数)要求		

1	<p>显示方式：点阵带背光数字LCD</p> <p>■光源灯：环保型（无臭氧）氙灯长寿命卤钨灯</p> <p>光学系统：精密双光束光学系统</p> <p>接口：RS232C串行通讯口用于接配软件，并行打印口用于接配打印机</p> <p>光谱扫描功能：主机及软件支持</p> <p>电源电压：100V-240V、50/60±1Hz</p> <p>1.双光束紫外可见分光光度计提供2种操作模式：主机测量模式或软件控制测量模式。</p> <p>2.内建的SCM技术和定性定量分析软件能实现数据采集与处理、光谱测量、动力学测量、定量分析、DNA测定和光谱扫描等扩展功能。</p> <p>3.双光束紫外可见分光光度计具有开放式的样品室。</p> <p>4.单机扫描曲线可以存储9条，工作曲线可以存储9条。联机模式储存数量不限。</p> <p>主要技术指标</p> <p>光路结构:CT光路(焦距为250mm)</p> <p>测光方式:透过率, 吸光度, 能量, 反射率</p> <p>波长范围:190nm-1000nm</p> <p>■光谱带宽:1nm</p> <p>波长准确度:≤±0.3nm</p> <p>波长重复性:≤0.1nm</p> <p>光度范围:0-999.9%(),-4A-4A, 0-9999C, 1-9999F</p> <p>光度准确度:≤±0.3% (0-100%) ≤±0.002A(0-0.5A) ≤±0.004A(0.5-1A)</p> <p>光度重复性:≤0.15% (0-100%) ≤0.001A(0-0.5A) ≤0.002A(0.5-1A)</p> <p>杂光:≤0.03% (220nm NaI, 360nm NaNO₂)</p> <p>稳定性:≤±0.0004A/h (500nm, 开机预热30min)</p> <p>噪声:≤±0.0003A</p> <p>基线平直度:≤±0.0008A (190-1000nm)</p> <p>导数分辨率:>0.5</p> <p>扫描速度:快 中 慢</p>
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三：火焰光度计 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>使用液化石油气为燃料，钾、钠、锂、钙、钡五种元素浓度直读；菜单式键盘操作；相关系数自动计算；火焰大小预先选定；熄火保护装置，具有数据直接打印装置。具有与电脑联机的接口。</p> <p>技术指标：</p> <p>曲线标定：折线法、直线法</p> <p>稳定性：≤15s</p> <p>仪器示值的相对最大变化量≤3%</p> <p>仪器示值的相对最大变化量≤15%</p> <p>重复性：≤3%</p> <p>响应时间：8s</p> <p>样品吸喷量<6ml/min</p> <p>电源电压：AC220±22V、50Hz±1Hz</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十四：高精度土壤肥料养分检测仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>机箱/药剂一体式铝合金机箱设计，配套成品药剂。微电脑控制，数字化线路、程序化设计，液晶显示，交直流两用，可野外流动测试。</p> <p>分辨率：0.001，触摸式按键，内置热敏打印机。采用高亮LED光源，滤光式处理，硅半导体作为信号接收系统，寿命长达10万小时级别。</p> <p>比色槽部分采用单通道设计，无机机械位移及磨损，光路测试定位。配套专家施肥系统数据，可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量科学计算推荐施肥量。测试项目：土壤养分：铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、碱解氮、pH值、含盐量、水分十项；中微量元素：钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等。肥料养分：单质化肥中的氮、磷、钾；复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲；有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质，各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅)等。植株养分：植株中的氮素、磷素、钾素；硝酸盐、亚硝酸盐；钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。烟叶养分：全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。</p> <p>技术指标：</p> <p>电源：交流220±22V直流12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)</p> <p>功率：≤5W</p> <p>量程及分辨率：0.001-9999</p> <p>重复性误差：≤0.3%(0.003，重铬酸钾溶液)</p> <p>仪器稳定性：三分钟内漂移小于0.2%(0.002，透光度测量)。</p> <p>仪器开机预热5分钟后，两分钟内显示数字无漂移(透光度测量)，五分钟内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)；二十分钟内数字漂移不超过0.5%(透光度测量)、0.001(吸光度测量)；三十分钟内数字漂移不超过0.7%(透光度测量)、0.002(吸光度测量)。</p> <p>线性误差：≤1%(0.01，硫酸铜检测)</p> <p>灵敏度：红光≥4.5×10⁻⁵蓝光≥3.17×10⁻³绿光≥2.35×10⁻³橙光≥2.13×10⁻³</p> <p>波长范围：红光：680±2nm；蓝光：420±2nm；绿光：510±2nm；橙光：590±4nm</p> <p>PH值(酸碱度)：(1)测试范围：1-14(2)精度：0.1(3)误差：±0.1</p> <p>盐量(电导)：(1)测试范围：0.01%-1.00%(2)相对误差：±5%</p> <p>土壤水分技术参数含水率测试范围：0-100%；误差小于0.5%</p> <p>土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥量肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时检测测试速度： 测一个土壤样品(N、P、K)≤30分钟，同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟； 测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟，同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十五：移液枪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	具有磁性辅助装置轻质活塞弹簧；不锈钢活塞技术；无需润滑油日常保养活塞；旋扭式体积调节，移液量程可锁定；移液器套柄及吸头退出器可高温高压消毒；枪体内配有硅树脂减震器； 量程范围：8道0.5ul-10ul一支、8道5ul-50ul一支、8道10ul-100ul一支、8道20ul-200ul一支（枪头随设备赠送）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：便携式数字滴定器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高精度滴定，可实现精密定量添加； 速率可调，支持10阶变速； 滴定和吸液两种操作模式的切换，通过转动手动旋钮的方向，滴定器将自动检测进入模式； 具有两种添加模式，包括连续添加模式、定量添加模式； 液晶显示； 锂电池供电； 便携式设计，按键操作。 技术参数 ■测量范围（0.01-99.99）mL 刻度：2mL 显示液晶显示 可调速率范围8阶 移液R≤0.2% CV≤0.07% 分液R≤0.5% CV≤0.3%
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：电子天平（千分之一） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>电磁力平衡传感器。</p> <p>可在全量程范围内去皮，清零，超载，欠载显示，故障报警；</p> <p>具有计数等多种功能可供选择；</p> <p>内装有RS-232接口，可与打印机、计算机等外部设备相连；</p> <p>标配100g校准砝码。</p> <p>技术参数：</p> <p>最大称量：500g</p> <p>最小称量：0.001g</p> <p>实际分度值d：0.01g</p> <p>检定分度值e：0.001g</p> <p>重复性误差：±0.0003g</p> <p>最大允许误差 载荷m以检定分度值e表示</p> <p>±0.5e 0≤m≤50000</p> <p>±1.0e 50000<m≤200000</p> <p>±1.5e 200000<m</p> <p>稳定时间：≤8秒</p> <p>推荐工作温度：17.5°C-22.5°C，</p> <p>温度波动：不大于1°C/h</p> <p>相对湿度：50%RH~75%RH</p> <p>称盘尺寸：≥Φ80mm</p> <p>电源：交流适配器220V、50Hz</p> <p>输出DC9V-2.2A</p>
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十八：加热磁力搅拌器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、可同时进行加热、搅拌。</p> <p>2、全封闭加热盘、无明火、</p> <p>3、加热功率和搅拌速度无级可调。</p> <p>显示方式：液晶显示</p> <p>■转速：100-1600rpm</p> <p>最大搅拌量：≥5L</p> <p>功率：≥500瓦</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九：pH值测定仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>高清液晶显示，</p> <p>支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能</p> <p>支持IP54防护等级</p> <p>标配三复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂</p> <p>智能检测、自动识别</p> <p>智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式</p> <p>支持自动/手动温度补偿</p> <p>支持1-3点pH电极标定</p> <p>自动识别GB4.00pH、6.86pH、9.18pH三种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液</p> <p>数据管理</p> <p>支持数据存储（≥50套）、查阅、删除</p> <p>■仪器级别0.01级</p> <p>范围(-1999-1999)Mv</p> <p>Mv最小分辨率1mV</p> <p>电子单元示值误差±0.1%FS</p> <p>pH范围(0-14.00)pH</p> <p>PH最小分辨率≤0.01pH</p> <p>电子单元示值误差±0.01pH</p> <p>温度最小分辨率≤0.1℃</p> <p>电子单元示值误差±0.2℃</p>
--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十：电热恒温水浴锅 是否允许进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	<p>不锈钢内胆。专用功能键实现温度设定。辅助菜单，实现过升报警、偏差修正。</p> <p>■技术参数：单列四孔</p> <p>方式：自然水对流热传递：</p> <p>■使用温度范围：RT+5℃-100℃</p> <p>温度分辨率：≤0.1℃</p> <p>温度波动度：±0.5℃</p> <p>温度分布精度：±1.0℃</p> <p>构成：内装：不锈钢板外表：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 断热材：聚氨酯加热器：不锈钢加热管额定功率：≥1.0kw</p> <p>控制器：温度设定方式：轻触按键设定</p> <p>定时器：0-999分钟（带定时等待功能）</p> <p>运行功能：定值运行、定时运行、自动停止</p> <p>附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆</p> <p>安全装置：过升报警</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十一：台式恒温振荡器 是否允许进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
------	------------------

	<p>采用微电脑温度和频率控制器（C型），并带有定时和调速功能；</p> <p>箱体采用不锈钢材料；夹具采用弹簧万用夹具。</p> <p>技术参数：控温范围RT+5°C-99.9°C</p> <p>■旋转方式回旋、往返</p> <p>转速（次/分）0-220（回旋）0-300（往返）</p> <p>振幅≤20mm（回旋）≤30mm（往返）</p> <p>外形尺寸（mm）≥705×515×470±5%</p> <p>摇床面积（mm）≥380×300±5%</p> <p>功率：>1600W</p> <p>配置6只500ml容器</p>
--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二：超声波清洗机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>内胆采用不锈钢SUS304一次冲压成型，无焊接处；清洗篮采用不锈钢SUS304网筛氩焊成形；</p> <p>清洗机的超声换能器发射功率为50/60w；</p> <p>采用时间、温度、功率三个拨码器便捷控制，</p> <p>■LCD液晶屏显示各项功能参数，三个程序自行设置</p> <p>清洗槽内尺寸分别为（mm）：≥500x300x200</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三：晾干架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>材质:高密度PP</p> <p>类型:单面底部托盘中间设有排水孔可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，</p> <p>安装方式:壁挂式</p> <p>颜色:灰色</p> <p>免打孔，灰色</p> <p>孔数：80孔</p> <p>长宽高≥700*550*120mm</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四：实验操作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>750 mm (宽) 850mm(高) 2100mm(长)</p> <p>结构: 钢木结构</p> <p>台面:12.7mm厚实芯理化板台面,防酸碱耐腐蚀,耐高温。</p> <p>框架:40mm 60mm厚优质C型钢框表面以环氧树脂静电喷涂处理耐酸碱防腐蚀。</p> <p>柜体:18mm厚三聚氰胺板防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐腐蚀等。</p> <p>封边:2mm厚PVC自动封边机高温热压封边,防水处理、粘力强、密封性好。</p> <p>铰链:铰链开关度,防锈防腐蚀, 安装和操作可调节。</p> <p>滑轨:实验室专用优质滑轨。</p> <p>地脚:采用ABS工程塑料模具制作而成高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点噪音承重力强。</p> <p>拉手:一字型不锈钢拉手</p>
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五：药品储藏柜 是否允许进口：否

参数性质	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="229 674 300 777">序号</td> <td data-bbox="300 674 1509 777">具体技术(参数)要求</td> </tr> </table>	序号	具体技术(参数)要求
序号	具体技术(参数)要求		

	<p>1.样式：立式。</p> <p>2.容积：≥300L。</p> <p>3.额定功率：≥220W。</p> <p>4.耗电量：≤2.0kW.h/24h。</p> <p>5.噪音值：≤50dB。</p> <p>6.制冷方式：风冷。</p> <p>7.箱内温度：2-8℃。</p> <p>8.工作条件：环境温度10-32℃，电源220V/50Hz。</p> <p>9.外部材料：喷涂钢板。</p> <p>10.内部材料：喷涂钢板。</p> <p>11.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。</p> <p>12.门体数量：1扇。</p> <p>13.门体结构：双层中空保温LOW-E钢化玻璃门。</p> <p>14.网架：5层，可调高度，浸塑材质，带标识条。</p> <p>15.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，带2个调平脚。</p> <p>16.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。</p> <p>17.冷凝器：机舱内置丝管冷凝器。</p> <p>18.蒸发器：翅片式蒸发器。</p> <p>19.风机类型：采用罩极风机。</p> <p>20.制冷剂：采用绿色环保制冷剂。</p> <p>21.压缩机：数量1个。</p> <p>22.感温盒：温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度。</p> <p>23.风道设计：循环风冷背吹技术。</p> <p>24.制冷系统：强制风冷循环系统实现均匀的温度布局；翅片式蒸发器配合循环风冷背吹，保证箱内无霜。</p> <p>25.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，精度≤0.1℃。</p> <p>■26.显示方式：LED数码显示屏，显示箱内温度及各种报警信息。</p> <p>27.报警系统：高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警。</p> <p>28.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。</p> <p>29.电器安全：（1）备用电池确保断电后报警48小时；（2）温控器探头故障安全运行模式。（3）标配远程报警接口；（4）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；（5）断电保护：设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟后启动；（6）宽电压带适用，可在187V-242V范围内正常使用。</p> <p>30.特色功能（1）标配1个暗锁设计（2）内设LED冷光源照明灯，（3）标配1个测试孔，方便用户选配温湿度记录仪；（4）可调节的浸塑网架设计。</p>
--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六：消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	立式双开门消毒柜，≥100L储具容量，内胆采用食品级材质。上层采用臭氧消毒灭活细菌。下层采用125℃高温远红外消毒，杀灭顽固细菌，杀菌率高达99%

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十七：微波炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	支持光波加热，在配合由电脑精确控温而设计的全智能菜单按键。在微波炉内部顶端排风口设计，通过内置的旋转风扇将腔体内热气倒出。产品尺寸 $\geq 270\text{mm} \times 455\text{mm} \times 395\text{mm}$ ，产品功率 $\geq 700\text{w}$ 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：低温样品保存箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>基本参数：三开门</p> <p>总容积$\geq 218\text{L}$</p> <p>冷藏室容积$\geq 126\text{L}$</p> <p>冷冻室容积$\geq 57\text{L}$</p> <p>温控方式机械温控</p> <p>制冷方式直冷</p> <p>冷冻能力$1.5\text{kg}/12\text{h}$</p> <p>能效等级3级</p> <p>额定耗电量$< 0.7\text{度}/\text{天}$</p> <p>噪声值$\leq 36\text{db}$</p> <p>压缩机变频</p> <p>电源性能$220\text{V}/50\text{Hz}$</p> <p>无霜功能</p> <p>速冷/速冻功能</p> <p>支持自动低温补偿</p> <p>有温度外显功能</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：试验架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>400mm（宽） 600mm(高) 1000mm(长)</p> <p>钢化结构：钢构表面经过磷化、酸洗环氧树脂喷塑处理。</p> <p>隔板：10mm厚磨砂玻璃，为二层，防护栏为圆管。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（自治区现代农业产业园科技示范园农畜产品质量安全监管设备提档升级项目）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（自治区现代农业产业园科技示范园农畜产品质量安全监管设备提档升级项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	15%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

自治区现代农业产业园科技示范园农畜产品质量安全监管设备提档升级项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

自治区现代农业产业园科技示范园农畜产品质量安全监管设备提档升级项目

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分

	<p>技术参数要求 (30.0分)</p>	<p>根据投标供应商所投产品的各项技术参数的详细描述及佐证材料进行评审。标注“★”的为核心技术参数，有一项不满足或无法提供佐证材料的为无效标。标注“■”的为重要技术参数每有一项不满足扣1分，未标记的为其他技术参数每有一项不满足扣0.1分，扣完30分为止。（核心技术参数及重要技术参数需要投标供应商提供检测报告，或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或功能截图、或网站截图，或产品彩页作为佐证材料）</p>
	<p>供货方案 (5.0分)</p>	<p>根据投标供应商提供的供货方案进行评审，①供货方案完整，有明确的支持保障及经验丰富的相关人员安排，标的物运输安全，供货保证措施可靠性强，进度安排合理有层次，时间安排合理迅速的得 5 分；②供货方案相对完整，有明确的支持保障及相关人员安排，供货保证措施相对可靠，进度安排较合理，时间安排合理的得 3 分；③供货方案基本完整，支持保障及相关人员安排不明确，供货保证措施不可靠，进度安排不够合理，时间安排不够迅速的得 2 分；④供货方案一般，无支持保障及相关人员，供货保证措施一般，无进度安排、时间安排的得 1 分，⑤未提供的得 0 分。</p>
<p>技术部分</p>	<p>安装调试方案 (5.0分)</p>	<p>根据投标供应商提供的安装调试方案进行评审，依据项目需求，提供安装调试方案（包括但不限于安装调试进度安排、安装方式、调试方法、安装调试人员配置等内容）：①进度安排合理，能够充分考虑实际情况；安装方式、调试方法符合国家安装及调试要求；安装调试团队专业能力强，对影响设备安装调试的关键工序和关键设备进行分析并提相应的解决措施；安装调试记录表单齐全且移交手续完善的得 5 分；②进度安排合理；安装方式、调试方法符合国家安装及调试要求；安装调试团队专业能力较强，对影响设备安装调试的关键工序和关键设备有重点说明；能够提供安装调试记录表和移交手续表的得 3 分；③进度安排较合理；安装方式、调试方法符合国家安装及调试要求；安装调试专业能力能够满足需求；对影响设备安装调试的关键工序和关键设备有说明但不详细；能够承诺提供安装调试记录和移交手续的得 2 分；④进度计划、安装调试人员配置、方案的内容相对比较简单概括，调试人员水平能力一般或未提供相关内容，与本项目适应或匹配程度一般的得 1 分；⑤未提供不得分。</p>
	<p>质量保障措施 (5.0分)</p>	<p>根据投标供应商提供的质量保证措施进行评审，依据项目需求，提供质量保障方案（包括但不限于产品质量保证、产品的适用性和兼容性、产品质量检查依据、产品易耗易损的零配件的供应及产品的损坏换新等）：①质量保证措施完善合理、措施详细，剪针对性强、有具体的应对措施，完全满足采购人需求的得 5 分；②质量保证措施内容完整，剪剪针对性强、应对措施相对具体，满足采购人需求的得 3 分；③质量保证措施内容完整，但是缺乏针对本项目采购需求的具体描述，有质量管理体系和质量管理制度，基本满足采购需求的得 2 分；④质量保证措施内容不完整，无针对性，没有制定与本项目采购需求相关的保证措施和方案，质量管理体系不详细具体的得 1 分；⑤未提的不得分。</p>

	应急预案 (5.0分)	<p>根据投标供应商提供的应急预案进行评审，提供本项目在实施过程中的安全控制措施，方案应描述实施过程的风险控制指标和应急处置措施等：①方案内容全面，风险分析全面、针对性强、思路清晰、可操作性强，充分考虑本项目采购人使用特点，针对性和可操作性高的，得 5 分；②方案内容比较全面，风险分析比较全面、针对性比较强、思路比较清晰、可操作性比较强，考虑本项目采购人使用特点，针对性和可操作性比较高的，得 3 分；③方案内容不太全面，风险分析不太全面、针对性不太强、思路不太清晰、可操作性不太强，没有考虑本项目采购人使用特点，针对性和可操作性不高的，得 2 分；④方案内容较差，风险分析较差、针对性低、思路混乱、可操作性低，没有考虑本项目采购人使用特点，针对性和可操作性低的，得 1 分；⑤未提供不得分。</p>
商务部分	业绩 (7.0分)	<p>根据投标供应商的2020年1月（以合同签订日期为准）至今同类项目业绩（合同扫描件）进行评审，合同内需体现出设备采购内容，每提供 1 份真实完整的业绩得 3.5 分，未提供或提供不符合要求的不得分，本项最高得 7 分。</p>
	培训方案 (4.0分)	<p>根据投标供应商提供的培训方案进行评审，方案包括但不限于培训整体方案、培训项目、培训人员配备、培训时间等：①培训方案详细、具体、周到，解决问题方案考虑全面，完全满足本次项目采购需求的，得 4 分；②售后服务方案相对详细、具体、周到，解决问题方案考虑相对全面，有完善的培训体系相对满足本次项目采购需求的，得 3 分；③培训方案不太详细、具体、周到，解决问题方案、培训体系勉强满足本次项目采购需求的，得 2 分；④培训方案内容较差，解决问题方案、培训服务体系不能满足本次项目采购需求的，得 1 分；⑤未提供的，不得分。</p>
	售后服务方案 (7.0分)	<p>根据投标供应商提供的售后服务方案进行评审，方案包括但不限于设备故障问题解决、故障处理时限响应、正常巡检、终身维护、配件供应、维修处理时限，明确相关负责人员，技术人员，现场服务条件及响应到位时间、售后保障措施等：①售后服务方案详细、具体、周到，响应速度快，解决问题方案考虑全面，售后服务体系完全满足本次项目采购需求的，得 7 分；②售后服务方案相对详细、具体、周到，响应速度合理，解决问题方案考虑相对全面，有完善的售后服务体系相对满足本次项目采购需求的，得 4 分；③售后服务方案不太详细、具体、周到，响应速度、解决问题方案、售后服务体系勉强满足本次项目采购需求的，得 2 分；④售后服务方案内容较差，响应速度、解决问题方案、售后服务体系不能满足本次项目采购需求的，得 1 分；⑤未提供不得分。</p>
	优惠条款承诺 (2.0分)	<p>投标供应商在完全响应采购文件要求前提下，每有一条优惠承诺的，得1 分，最高得 2 分。（优惠内容包括但不限于：备品配件优惠的供应，质保期及售后服务延长等）</p>

投标报价	投标报价得分 (30.0分)	<p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>
------	----------------	--

最低评标价法：无。

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表
（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人，现委托_____ (姓名) 为我方代理人，参加_____ (项目名称) 的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章)：_____

法定代表人(签字)：_____

授权委托人(签字)：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。