

合同包6：农兽药残留检测标准品及对照品耗材采购技术参数

序号	货物名称	参数性质	规格、主要技术参数及技术要求	单位	数量
1	甲醇中多菌灵标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：500 μg/mL于甲醇； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
2	丙酮中苯醚甲环唑	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
3	甲醇中吡虫啉	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
4	丙溴磷溶液标准样品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL于丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
5	丙酮中除虫脲溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
6	丙酮中敌敌畏	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
7	丙酮中毒死蜱溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
8	丙酮中对硫磷溶液标准物质-(乙基对硫磷)	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15

9	丙酮中二甲戊乐灵（除草通、莱草通、施田补）溶液标准样品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
10	丙酮中二嗪磷溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
11	丙酮中伏杀硫磷溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
12	丙酮中氟胺氰菊酯溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
13	氟虫腈溶液标准样品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
14	丙酮中氟虫腈砒溶液标准样品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
15	丙酮中氟虫腈亚砒（氟虫腈硫醚）溶液标准样品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
16	丙酮中氟甲腈溶液	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
17	氟啶脲溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15

18	丙酮中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
19	丙酮中甲胺磷溶液标准物质，有证书	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
20	丙酮中甲拌磷	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
21	丙酮中甲拌磷砒	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
22	丙酮中甲拌磷亚砒	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
23	丙酮中甲基异柳磷	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
24	甲醇中甲萘威	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
25	丙酮中甲氰菊酯	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
26	甲醇中克百威溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15

27	甲醇中3-羟基克百威溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
28	丙酮中乐果溶液标准物质，有证书，1mL	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
29	联苯菊酯溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
30	丙酮中马拉硫磷溶液标准物质，有证书	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
31	丙酮中咪酰胺溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
32	啉菌酯（乙腈介质）	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
33	丙酮中啉霉胺溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
34	甲醇中灭多威溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
35	丙酮中灭幼脲溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15

36	噻虫嗪溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
37	丙酮中三唑磷溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
38	丙酮中三唑酮	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
39	丙酮中水胺硫磷溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
40	甲醇中涕灭威溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
41	甲醇中涕灭威砒溶液标准物质，有证书，1mL	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
42	甲醇中涕灭威亚砒溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
43	辛硫磷溶液标准样品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
44	亚胺硫磷溶液标准样品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15

45	丙酮中氧化乐果溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
46	丙酮中乙酰甲胺磷溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
47	异菌脲溶液标准样品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
48	乙醇中灭蝇胺溶液标准样品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
49	丙酮中甲霜灵溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
50	甲醇中霜霉威溶液标准样品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
51	丙酮中多效唑	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
52	甲醇中氯吡脲	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
53	氯虫苯甲酰胺	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15

54	甲醇中虫酰肼溶液标准样品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
55	吡唑醚菊酯/吡唑醚菌酯溶液标准样品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
56	阿维菌素溶液标准样品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
57	丙酮中啉虫灵溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
58	丙酮中啉虫脒溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
59	丙酮中甲基对硫磷	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
60	杀螟硫磷溶液标准样品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
61	丙酮中烯酰吗啉	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
62	丙酮中五氯硝基苯溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15

63	丙酮中百菌清溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
64	乙烯菌核利溶液标准样品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
65	正己烷中α-六六六	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
66	丙酮中β-六六六溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
67	丙酮中γ-六六六溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
68	丙酮中δ-六六六溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
69	三氯杀螨醇溶液标准样品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
70	丙酮中腐霉利溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
71	虫螨腈（溴虫腈、除尽）（介质：甲醇）	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15

72	丙酮中氯氟氰菊酯溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
73	丙酮中溴氰菊酯溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
74	丙酮中氟氯氰菊酯	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
75	氯氰菊酯（丙酮）	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
76	丙酮中氟氰戊菊酯溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
77	丙酮中氰戊菊酯溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
78	丙酮中氯菊酯溶液标准物质	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
79	乙酸乙酯中醚菊酯溶液标准样品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	15
80	盐酸氯丙那林对照品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：10mg； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	支	15

81	林可霉素对照品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：100mg； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	支	15
82	安乃近对照品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：10mg； 标准品纯度：不低于99.9%	支	15
83	安替比林对照品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：100mg； 标准品纯度：不低于91. %	支	15
84	硫酸阿托品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：100mg； 标准品纯度：不低于99.9%	支	15
85	伊维菌素对照品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：100mg； 标准品纯度：不低于91.0 %	支	15
86	乙酰甲喹对照品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：10mg； 标准品纯度：89. %	支	15
87	青霉素酶对照品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 2mL/支	支	15
88	庆大霉素对照品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：100mg； 标准品纯度：90%	支	15
89	青霉素对照品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：100mg； 标准品纯度：不低于99.9%	支	15
90	阿莫西林对照品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：250mg； 标准品纯度：不低于90%	支	15
91	林可霉素对照品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：100mg； 标准品纯度：不低于99.9%	支	15
92	氧氟沙星对照品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：100mg； 标准品纯度：不低于99.5%	支	15
93	甲磺酸培氟沙星	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：100mg； 标准品纯度：不低于99.6%	支	15
94	盐酸诺氟沙星对照品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：100mg；	支	15

95	乳酸环丙沙星对照品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：10mg； 标准品纯度：不低于99.6%	支	15
96	盐酸环丙沙星对照品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：100mg； 标准品纯度：不低于99.8%	支	15
97	恩诺沙星对照品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：100mg； 标准品纯度：不低于99.9%	支	15
98	甲磺酸达氟沙星对照品	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品含量：100mg； 标准品纯度：不低于94.2%	支	15
99	43种农药混标溶液		★有证书，可实现标样溯源； ▲标准品有效期不低于2年； ★标准品浓度：100 μg/mL丙酮； ★标准品含量：1mL； ★标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； ▲标准品符合2021/2022国家农产品质量安全例行监测要求	瓶	17
100	34种农药混标溶液		★有证书，可实现标样溯源； ▲标准品有效期不低于2年； ★标准品浓度：100 μg/mL丙酮； ★标准品含量：1mL； ★标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； ▲标准品符合2021/2022国家农产品质量安全例行监测要求	瓶	17
108	甲醇中9种喹诺酮类药物混标溶液		★有证书，可实现标样溯源； ▲标准品有效期不低于2年； ★标准品浓度：100 μg/mL丙酮； ★标准品含量：1mL； ★标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； ▲标准品符合2021/2022国家农产品质量安全例行监测要求	瓶	16
109	12种磺胺混标溶液		★有证书，可实现标样溯源； ▲标准品有效期不低于2年； ★标准品浓度：100 μg/mL丙酮； ★标准品含量：1mL； ★标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； ▲标准品符合2021/2022国家农产品质量安全例行监测要求	瓶	16
110	5种磺胺类兽药内标混标溶液	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100 μg/mL丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	16
111	4种四环素类药物固体混标	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100 μg/mL丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	16

112	3种酰胺醇类混标溶液	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100 μg/mL丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	16
113	4种酰胺醇类内标混标溶液	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：1000 μg/mL丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	16
114	4种硝基呋喃代谢物混标溶液	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100 μg/mL丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	16
115	4种硝基呋喃代谢物内标溶液	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100 μg/mL丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	16
116	2种孔雀石绿混标溶液	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100 μg/mL丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	17
117	2种孔雀石绿内标混标溶液	★	有证书，可实现标样溯源； 标准品有效期不低于1年； 标准品浓度：100 μg/mL丙酮； 标准品含量：1mL； 标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定；	瓶	18
118	9种β-受体激素混标溶液		★有证书，可实现标样溯源； ▲标准品有效期不低于2年； ★标准品浓度：100 μg/mL丙酮； ★标准品含量：1mL； ★标准工作液冷冻储存降解时间不低于8周，具体情况由使用用户而定； ▲标准品符合2021/2022国家农产品质量安全例行监测要求	瓶	17