

# 2024年医疗服务与保障能力提升资金医疗设备购置项目（其它类）

## 公开招标文件

采购单位名称：奈曼旗人民医院

采购代理机构名称：通辽市诚信建设工程招标代理有限公司

项目编号：**NMQZCS-G-H-240125**

**2024年11月28日**

# 目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

通辽市诚信建设工程招标代理有限公司受奈曼旗人民医院委托，采用公开招标方式组织采购**2024年医疗服务与保障能力提升资金医疗设备购置项目（其它类）**。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：**2024年医疗服务与保障能力提升资金医疗设备购置项目（其它类）**

项目编号：**NMQZCS-G-H-240125**

采购计划备案号：**150525[2024]00869**

### 2.内容及划分采购包情况

| 包号 | 货物、服务和工程名称                                      | 数量     | 采购需求       | 预算金额（元）        |
|----|-------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 1  | 奈曼旗人民医院 <b>2024年医疗服务与保障能力提升资金医疗设备</b> 购置项目（其它类） | 2<br>4 | 详见招标<br>文件 | 630,000.0<br>0 |

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，提供货物、工程或服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包**1**（奈曼旗人民医院**2024年医疗服务与保障能力提升资金医疗设备购置项目（其它类）**）：

1)投标人如为生产企业，使用自身生产的产品投标时，投标人需提供《医疗器械生产备案凭证》，《医疗器械生产许可证》；投标人如为代理商，投标人需提供《医疗器械经营备案凭证》，《医疗器械经营许可证》

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为**0**元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称：通辽市诚信建设工程招标代理有限公司

地址： 内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路与科尔沁大街交汇处财富中心**3#楼706室**

联系人：步春尧

联系电话：13654754788

采购单位名称：奈曼旗人民医院

地址：奈曼旗大沁他拉镇

联系人：奈曼旗人民医院办公室

联系电话：13190892877

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

| 序号 | 条款名称                       | 内容及要求                                                                                                                                         |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 划分采购包情况                    | 共1包                                                                                                                                           |
| 2  | 采购方式                       | 公开招标                                                                                                                                          |
| 3  | 开标方式                       | 不见面开标                                                                                                                                         |
| 4  | 评标方式                       | 现场网上评标                                                                                                                                        |
| 5  | 评标方法                       | 包1（奈曼旗人民医院2024年医疗服务与保障能力提升资金医疗设备购置项目（其它类））：综合评分法                                                                                              |
| 6  | 获取招标文件时间                   | 详见招标公告                                                                                                                                        |
| 7  | 保证金缴纳截止时间<br>（同投标文件提交截止时间） | 详见招标公告                                                                                                                                        |
| 8  | 电子投标文件递交                   | 加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键                                                                      |
| 9  | 投标文件数量                     | （1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）<br>（2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。<br>（3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。 |
| 10 | 中标人确定                      | 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。                                                                                                                  |
| 11 | 联合体投标                      | 包1： 不接受                                                                                                                                       |
| 12 | 采购代理机构代理费用                 | 收取                                                                                                                                            |
| 13 | 代理费用收取方式                   | 向中标/成交供应商收取                                                                                                                                   |
| 14 | 代理费用收取标准                   | 收取。 采购机构代理服务收费标准：参照《关于印发<内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见>的通知》（内工建协〔2022〕34号）规定的费率及指导标准计算收取。                                                            |
| 15 | 投标保证金                      | 奈曼旗人民医院2024年医疗服务与保障能力提升资金医疗设备购置项目（其它类）：保证金人民币：0.00元整。                                                                                         |
| 16 | 电子投标文件<br>签字、盖章要求          | 应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。<br>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。                                                         |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 投标客户端        | 投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a> |
| 18 | 是否专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19 | 有效投标人家数      | 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。                                                                                                                                                                                              |
| 20 | 报价形式         | 合同包1（奈曼旗人民医院2024年医疗服务与保障能力提升资金医疗设备购置项目（其它类））:总价                                                                                                                                                                                                                   |
| 21 | 现场踏勘         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22 | 其他           | 兼投兼中：-                                                                                                                                                                                                                                                            |

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- （2）CA证书无法解密投标文件的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已招标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

**4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。**

### 三.说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指奈曼旗人民医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指通辽市诚信建设工程招标代理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。



6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

## 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五.投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中标标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

### 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1.开标

#### 1.1程序

- （1）宣布纪律；
- （2）宣布相关人员；
- （3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- （4）参加人员对开标结果进行确认；
- （5）开标结束。

#### 1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

#### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一

CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

奈曼旗人民医院2024年医疗服务与保障能力提升资金医疗设备购置项目（其它类）

|                           |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 具有独立承担民事责任的能力             | 审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。                                                                                                                                             |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 供应商在投标(响应)时，按照通辽市财政局关于印发《通辽市政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知（通财购〔2023〕195号）文件规定，提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》（格式详见公告附件），无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供相关证明材料以核实中标（成交）供应商承诺事项的真实性。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | 供应商在投标(响应)时，按照通辽市财政局关于印发《通辽市政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知（通财购〔2023〕195号）文件规定，提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》（格式详见公告附件），无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供相关证明材料以核实中标（成交）供应商承诺事项的真实性。 |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 供应商在投标(响应)时，按照通辽市财政局关于印发《通辽市政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知（通财购〔2023〕195号）文件规定，提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》（格式详见公告附件），无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供相关证明材料以核实中标（成交）供应商承诺事项的真实性。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商在投标(响应)时，按照通辽市财政局关于印发《通辽市政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知（通财购〔2023〕195号）文件规定，提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》（格式详见公告附件），无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供相关证明材料以核实中标（成交）供应商承诺事项的真实性。 |
| 信用记录                      | 供应商在投标(响应)时，按照通辽市财政局关于印发《通辽市政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知（通财购〔2023〕195号）文件规定，提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》（格式详见公告附件），无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供相关证明材料以核实中标（成交）供应商承诺事项的真实性。 |
| 其他资格要求                    | 投标人如为生产企业，使用自身生产的产品投标时，投标人需提供《医疗器械生产备案凭证》，《医疗器械生产许可证》；投标人如为代理商，投标人需提供《医疗器械经营备案凭证》，《医疗器械经营许可证》                                                                     |

3.评标

详见第五章

#### **4.中标公告**

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

#### **5.中标通知书**

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### **七.询问、质疑与投诉**

#### **1.询问**

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

#### **2.质疑**

**2.1** 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

**2.2** 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**2.3** 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**2.4** 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

**2.5** 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

**2.6** 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### **3.投诉**

**3.1**质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

**3.2**投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**3.3**投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

采购医疗器械，符合业务科室需求。

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（奈曼旗人民医院2024年医疗服务与保障能力提升资金医疗设备购置项目（其它类））

1.主要商务要求

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标的提供的时间 | 合同签订后14个日历日内交货                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 标的提供的地点 | 采购人要求地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 投标有效期   | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 付款方式    | 1期：支付比例30%，货物验收合格付款30%<br>2期：支付比例70%，安装调试合格付款70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 验收要求    | 1期：符合行业及采购人验收合格标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 履约保证金   | 不收取                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 其他      | 其他：落实预付款和政采贷政策: 1、投标人在中标后向采购人提供“预付款保函”具 体以合同为准； 2、中标单位中标后可凭借采购合同进行“政采贷”政策，政采贷政策，合同融资，为支持和促进中小企业发展，切实解决企业融资难问题，政府采购项目已开通合同融资渠道，供应商中标后可通过中标合同向相关银行发起无抵押无担保融资申请，银行根据企业中标信息发放贷款，帮助企业解决融资问题。具体详见“内蒙古自治区政府网”政府采购金融服务模块（ <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/zcdservice/zcd/neimeng">https:// www.ccgp-neimenggu.gov.cn/zcdservice/zcd/neimeng</a> ）； 3、投标人在中标后向采购人提供“预付款保函”具体以合同为准。 |

2.技术标准与要求

| 序<br>号 | 核心产品<br>（“△”） | 品目名<br>称   | 标的名称  | 单<br>位 | 数<br>量       | 分项预算单<br>价（元） | 分项预算总<br>价（元） | 面向对<br>象情况 | 所属<br>行业 | 招标技<br>术要求 |
|--------|---------------|------------|-------|--------|--------------|---------------|---------------|------------|----------|------------|
| 1      |               | 其他医<br>疗设备 | 可视喉镜  | 台      | 1.<br>0<br>0 | 20,000.00     | 20,000.00     | 否          | 工业       | 详见附表一      |
| 2      |               | 其他医<br>疗设备 | 注射泵   | 台      | 1.<br>0<br>0 | 5,500.00      | 5,500.00      | 否          | 工业       | 详见附表二      |
| 3      |               | 其他医<br>疗设备 | 输液泵   | 台      | 1.<br>0<br>0 | 5,500.00      | 5,500.00      | 否          | 工业       | 详见附表三      |
| 4      |               | 其他医<br>疗设备 | 儿童排痰机 | 台      | 1.<br>0<br>0 | 50,000.00     | 50,000.00     | 否          | 工业       | 详见附表四      |

|    |   |        |              |   |      |            |            |   |    |         |
|----|---|--------|--------------|---|------|------------|------------|---|----|---------|
| 5  |   | 其他医疗设备 | 经皮黄疸仪        | 台 | 1.00 | 26,000.00  | 26,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表五   |
| 6  |   | 其他医疗设备 | 立式带架输液泵      | 台 | 2.00 | 5,500.00   | 11,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表六   |
| 7  |   | 其他医疗设备 | 可升降平车(推送孕产妇) | 台 | 1.00 | 8,500.00   | 8,500.00   | 否 | 工业 | 详见附表七   |
| 8  |   | 其他医疗设备 | 胎心多普勒        | 台 | 1.00 | 5,000.00   | 5,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表八   |
| 9  |   | 其他医疗设备 | 新生儿称         | 台 | 1.00 | 2,000.00   | 2,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表九   |
| 10 |   | 其他医疗设备 | 除颤仪          | 台 | 1.00 | 45,000.00  | 45,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表一十  |
| 11 |   | 其他医疗设备 | 可视喉镜         | 台 | 2.00 | 20,000.00  | 40,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表一十一 |
| 12 | △ | 其他医疗设备 | 全自动洗消机       | 台 | 1.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表一十二 |
| 13 |   | 其他医疗设备 | 胃镜检查床        | 张 | 1.00 | 6,500.00   | 6,500.00   | 否 | 工业 | 详见附表一十三 |
| 14 |   | 其他医疗设备 | 紫外线杀菌存放柜     | 台 | 1.00 | 6,000.00   | 6,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表一十四 |
| 15 |   | 其他医疗设备 | 内镜运转车        | 台 | 1.00 | 8,000.00   | 8,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表一十五 |
| 16 |   | 其他医疗设备 | 根管测量仪        | 台 | 1.00 | 3,500.00   | 3,500.00   | 否 | 工业 | 详见附表一十六 |
| 17 |   | 其他医疗设备 | 种修复工具仪       | 台 | 1.00 | 5,000.00   | 5,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表一十七 |

|    |  |        |                        |   |      |           |           |   |    |         |
|----|--|--------|------------------------|---|------|-----------|-----------|---|----|---------|
| 18 |  | 其他医疗设备 | 牙片机(手持)+感光版<br>扫 描片牙片宝 | 台 | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表一十八 |
| 19 |  | 其他医疗设备 | 治疗牙椅                   | 把 | 3.00 | 30,000.00 | 90,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表一十九 |
| 20 |  | 其他医疗设备 | 热牙胶充填系统                | 套 | 1.00 | 8,500.00  | 8,500.00  | 否 | 工业 | 详见附表二十  |
| 21 |  | 其他医疗设备 | 注射泵                    | 台 | 5.00 | 5,500.00  | 27,500.00 | 否 | 工业 | 详见附表二十一 |
| 22 |  | 其他医疗设备 | 水机上的电柜                 | 台 | 1.00 | 6,500.00  | 6,500.00  | 否 | 工业 | 详见附表二十二 |
| 23 |  | 其他医疗设备 | 心电图机                   | 台 | 3.00 | 30,000.00 | 90,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表二十三 |
| 24 |  | 其他医疗设备 | 电子喉镜                   | 台 | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表二十四 |

附表一： 可视喉镜 是否允许进口： 否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|



|                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 1                                   | <div>1、喉镜与显示屏一体化结构，便携易用</div> <div>2、一支喉镜手柄可与多种不同规格的镜片匹配使用，适用范围广</div> <div>3、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源</div> <div>4、视频喉镜机身金属材质，机械强度高</div> <div>5、USB读取与存储，大容量16G TF卡</div> <div>6、△镜头像素：摄像头≥30万像素摄像头，需提供佐证文件。</div> <div>7、液晶屏像素（PIX）不低于1600*1200</div> <div>8、分辨率≥3.72lp/mm</div> <div>9、光照度：≥280 Lux</div> <div>10、△显示器可前后转动角度0-130°，显示器可左右转动角度0-270°，需提供佐证文件。</div> <div>11、内置电源：可充电高能聚合物锂电池3.7V DC，2000mAh</div> <div>12、电池持续放电时间不低于200min</div> <div>13、充电时间：3h，充电次数&gt;400次</div> <div>14、液晶屏3寸及以上</div> <div>15、屏幕比例：4:3</div> <div>16、低电量屏幕显示功能</div> <div>17、一次性视频喉镜片为进口医用级高分子PC材料</div> <div>18、视场角 45°-65°</div> <div>19、景深5-100mm</div> <div>20、摄像头与镜片前端垂直距离：≤30mm</div> <div>21、可插入镜片长度：80-132mm</div> <div>22、渐缩型镜片前端厚度：11-17mm</div> <div>23、镜片角度：33-44度</div> <div>24、高清数字化系统芯片</div> <div>25、一键拍照/录像功能</div> |
| 说明               | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 附表二：注射泵 是否允许进口：否 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 参数性质             | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>1.注射器规格：可自动识别5 mL、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器，内置多种注射器品牌，自定义一种，满足多科室需要。</p> <p>2.输注量范围：0ml~9999ml，&lt;1000ml以0.1ml步进，&gt;1000ml以1ml步进</p> <p>3.流速范围：</p> <p>    5ml注射器：0.1 mL/h~100mL/h</p> <p>    10mL注射器：0.1 mL/h~300mL/h；</p> <p>4.20mL流速误差：±2%</p> <p>    注射器：0.1 mL/h~600mL/h；</p> <p>    30mL注射器：0.1 mL/h~900mL/h；</p> <p>    50mL注射器：0.1 mL/h~1300mL/h，</p> <p>    可按0.1mL/h递增或递减</p> <p>5.快速输注：</p> <p>    5ml注射器：100 ml/h ~150ml/h</p> <p>    10ml注射器:100 ml/h ~300ml/h</p> <p>    20ml注射器:100 ml/h ~600 ml/h</p> <p>    30ml注射器:100 ml/h ~900 ml/h</p> <p>    50/60ml注射器:100 ml/h ~1300 ml/h</p> <p>6.注射模式：简易模式、速度模式、时间容量模式、体重模式</p> <p>7.运行界面显示：速度、累积量、注射器规格和品牌、运行状态、剩余时间、预制量、阻塞等级</p> <p>8.丸剂量范围：1ml-20ml 可设</p> <p>9.△保持静脉开放（KVO）速度：0.1-1ml/h，速度可调，需提供佐证文件。</p> <p>10.报警功能：外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误</p> <p>11.其他功能：</p> <p>    自检功能：开机时自动检测关键部件，存在异常时报警或提示用户</p> <p>    快速输注：运行过程中可实现按量快速给药</p> <p>    交直流自动切换：当外接交流断电时可以自动切换到内部电池</p> <p>    时间输注：可以预定时间输注，输注泵按照用户输入的时间自动换算为流速。</p> <p>12.内置电池工作时间：电池充足电的情况下，30ml/h注射流速，可连续工作约5小时。</p> <p>13.阻塞压力范围：高中低档可选，分别为：0.02Mpa-0.07 Mpa，0.05Mpa-0.10 Mpa，0.08Mpa-0.14Mpa。</p> <p>14.电源电压：交流输入：AC220V/ 50Hz，内部电池：DC9.6 V~DC10.1V。</p> <p>15.功耗：≤18VA。</p> <p>16.安全分类I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX3。</p> <p>17.工作环境：环境温度：5℃~40℃相对湿度：20%~90%大气压力：700 hPa -1060hPa</p> <p>18.存储环境：包装好的注射泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃~+55℃，大气压为700hPa~1060hPa</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

附表三：输液泵 是否允许进口：否

| 参数性质               | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 1  | <p>1、泵送方式：指状蠕动式</p> <p>2、输液器规格：标准PVC输液器</p> <p>3、八档设计，同时记忆八种输液器参数。</p> <p>4、△输液速度：1-1200ml/h，流速1000ml/h以下，可按0.1ml/h递增或递减；1000ml/h以上，可按1ml/h递增或递减。需提供佐证文件。</p> <p>5、输液精度误差：普通输液器±5%，输液量精度误差可调。</p> <p>6、液晶屏和数码管双显示，全数字键盘输入</p> <p>7、输液范围：1-9999ml，预置量1000ml以下，可按0.1ml递增或递减；1000ml以上，可按1ml递增或递减。</p> <p>8、输液模式：毫升/小时；滴数/分；按时间“完成”输血量。</p> <p>9、KVO（保持血管畅通）流速：1-5ml/h/</p> <p>10、声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、遗忘操作、滴数报警。</p> <p>11、气泡探测方式：超声波检测式，输液中的气泡大于50μL发出报警。</p> <p>12、阻塞灵敏度：具有高、较高、中、较低、低、五档灵敏度可供选择，阻塞报警压力值依次为：0.02MPa~0.08MPa、0.06MPa~0.12MPa、0.10MPa~0.16MPa、0.14MPa~0.20MPa、0.18MPa~0.24MPa</p> <p>13、其他功能：</p> <p>a)输液累计量显示和累计量清零功能；</p> <p>b)有交直流自动切换，给电池充电功能；</p> <p>c)有快排、快输功能：停止状态为快排，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，用于对患者的快速输液；</p> <p>d)有报警声消除功能，即静音功能，部分报警音在消除2分钟内再次启动；</p> <p>e)开机自检功能：输液泵上电后系统进行自检；</p> <p>f)记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录；</p> <p>14、使用电源：交流输入：220V/50Hz 内部电池：9.6V-10.1V，外接电源：DC12V</p> <p>15、电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时</p> <p>16、工作环境温度：10~30℃、湿度：30%-75%、大气压力：800-1060hpa</p> <p>17、储存温度：-20℃~+55℃，湿度：不超过93%，无凝露，大气压力：500~1060hpa</p> <p>18、安全分类：I类和带内部电源的BF型，防进液等级IPX1。</p> |
| 说明                 |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 附表四：儿童排痰机 是否允许进口：否 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 参数性质               | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | 1、设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出；<br>2、电源电压：AC 220V±22V，50Hz±1Hz；<br>3、时间设置：1-99min；<br>4、压力设置：3-30mmHg；<br>5、△频率设置：1-30Hz，需提供佐证文件；<br>6、显示方式：全触摸屏，中文菜单操作；<br>7、工作模式：多种模式，满足成人、儿童不同情况的患者；<br>8、保险功能：排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作；<br>9、自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿；<br>10、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考；<br>11、配置：主机1台，导气管2条，推车1台，全胸排痰背心3件、半胸排痰束带3条，背心外套可拆洗，便于消毒、清洁； |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

附表五：经皮黄疸仪 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 1、测量方式:光反射式，蓝、绿光比较<br>2、显示:液晶显示，错误数据可清除。同时显示两个单位为 mg/dl、μmol/l。可进行 2-9 次平均值测试。<br>3、△光源:氙闪光灯或LED，需提供佐证文件。<br>4、电源:DC4.8V可充电电池组，测量次数:500次以上。<br>5、重量:含电池重小于200g。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                 |

附表六：立式带架输液泵 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |    | <p>1、泵送方式：指状蠕动式</p> <p>2、输液器规格：标准PVC输液器</p> <p>3、八档设计，同时记忆八种输液器参数。</p> <p>4、输液速度：1-1200ml/h，流速1000ml/h以下，可按0.1ml/h递增或递减；1000ml/h以上，可按1ml/h递增或递减。</p> <p>5、输液精度误差：普通输液器±5%，输血量精度误差可调。</p> <p>6、液晶屏和数码管双显示，全数字键盘输入</p> <p>7、输液范围：1-9999ml，预置量1000ml以下，可按0.1ml递增或递减；1000ml以上，可按1ml递增或递减。</p> <p>8、输液模式：毫升/小时；滴数/分；按时间“完成”输血量。</p> <p>9、KVO（保持血管畅通）流速：1-5ml/h/</p> <p>10、声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、遗忘操作、滴数报警。</p> <p>11、气泡探测方式：超声波检测式，输液中的气泡大于50μL发出报警。</p> <p>12、阻塞灵敏度：具有高、较高、中、较低、低、五档灵敏度可供选择，阻塞报警压力值依次为：0.02MPa~0.08MPa、0.06MPa~0.12MPa、0.10MPa~0.16MPa、0.14MPa~0.20MPa、0.18MPa~0.24MPa</p> <p>13、其他功能：</p> <p>a)输液累计量显示和累计量清零功能；</p> <p>b)有交直流自动切换，给电池充电功能；</p> <p>c)有快排、快输功能：停止状态为快排，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，用于对患者的快速输液；</p> <p>d)有报警声消除功能，即静音功能，部分报警音在消除2分钟内再次启动；</p> <p>e)开机自检功能：输液泵上电后系统进行自检；</p> <p>f)记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录；</p> <p>14、使用电源：交流输入：220V/50Hz 内部电池：9.6V-10.1V，外接电源：DC12V</p> <p>15、电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时</p> <p>16、工作环境温度：10~30℃、湿度：30%-75%、大气压力：800-1060hpa</p> <p>17、储存温度：-20℃~ + 55℃，湿度：不超过93%，无凝露，大气压力：500~1060hpa</p> <p>18、安全分类：I类和带内部电源的BF型，防进液等级IPX1。</p> |
| 说明                        |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 附表七：可升降平车(推送孕产妇) 是否允许进口：否 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 参数性质                      | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                    | <div>1. 床面靠背部分可折起角度<math>0\sim 75\pm 5^{\circ}</math>;</div> <div>2.车体高低调整范围：520～810±10mm;</div> <div>3. 床面尺寸：1920*640/680±10mm;</div> <div>4 .床体配带氧气瓶架及锁紧开关;</div> <div>5.采用中控刹车系统，稳定可靠。配导向轮装置;</div> <div>6.床面：采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强。</div> <div>7.护栏:台面两侧配四片可提升式护栏,优质ABS工程塑料。</div> <div>8.操作部分：（背部起背）</div> <div>（1）转运车的后背升降采用气弹簧，起背角度应符合的规定。</div> <div>转运车:后背折起角度范围<math>\angle:0\sim 75\pm 5</math>度；床面升降范围mm:290±10m</div> <div>（2）手柄操作按顺时针方向旋转，床面上升，反之则下降。</div> <div>（3）后背调节气弹簧，不得有漏气泄压滑落现象。</div> <div>（4）空载时，手柄起动力矩不大于2N.m，试验重量为2Kg</div> <div>9.头部带有氧气瓶托架</div> <div>10.车头车尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架。</div> <div>11.整体升降采用摇杆式设计，升降行程520-810mm，摇把采用具有过盈保护，自动润滑功能。</div> <div>12、转运车左右两侧配置引流挂钩。</div> <div>13、承重部分：</div> <div>（1）转运车置于水平面上，当床面的中间部位承受250Kg重物后，其凹度不大于20mm，撤掉重物后没有塑性变形，各部位无异常现象。</div> <div>（2）转运车置于水平面上，当床面与床框任一侧的中间部位承受250Kg重物后，其凹度不大于50mm，撤掉重物后，床框没有塑性变形，各部位无异常现象。</div> <div>14、脚轮为4个中控脚轮，带有中央导向轮。</div> <div>15、独立的中心第五轮系统： 转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行，使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效的控制前进方向使运送过程中更加安全。</div> <div>16.辅助装置：带有厚度3CM牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。</div> <div>17、配置清单：</div> <div>豪华升降转运车配置清单</div> <div>车体：1张</div> <div>两大护栏：1套</div> <div>垫子：1张</div> <div>轮子:4个</div> <div>导向轮:1个</div> <div>输液杆:1个</div> |            |
| 说明                 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 附表八：胎心多普勒 是否允许进口：否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 参数性质               | 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 具体技术(参数)要求 |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 | 1.手持式紧凑设计，一手掌握；<br>2.高亮度 <b>OLED</b> 屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示；<br>3.轻巧机身设计，整机小于 <b>350g</b> ；<br>4.超声工作频率：标配 <b>3MHz±1%</b> ，可选配 <b>2MHz±1%</b> ；<br>5.高灵敏度超声探头，可检测 <b>9</b> 周小孕周胎儿心率；<br>6.探头与主机分体设计，探头可更换；<br>7.超声输出强度： $I_{ob} \leq 20\text{mW/cm}^2$ ；<br>8.胎心率检测范围： <b>50-240bpm</b> ，心率检测精度： $\pm 2\text{bpm}$ ；分辨率： <b>1bpm</b> ；<br>9.在探头表面 <b>200mm</b> 的距离处，灵敏度 <b>≥90dB</b> ；<br>10.具有电量低提示功能；<br>11.无信号 <b>1</b> 分钟自动关机功能；<br>12.电源：可采用标准 <b>AA</b> 电池或镍氢充电电池供电，连续工作时间 <b>≥10</b> 小时；<br>13.内置扬声器；<br>14.具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机； |
| 说明 |   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

附表九：新生儿称 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | <b>1、技术参数：</b><br>1.测量范围：体重： <b>0.2-20 kg</b><br>身高： <b>0.0-93cm</b><br>2.测量数值：体重：分度值: <b>20g</b><br>身高：分度值: <b>0.1cm</b><br>3.电池电压：交直流两用 <b>6V-1A</b> 和 <b>3X1.5V AA</b> 电池<br>4.称重单位： <b>kg/斤</b><br>5.整机重量：净重： <b>≤10kg</b><br>6.产品尺寸： <b>102*39*12±10（cm）</b><br>7.材质环保无毒。<br><b>2、功能：</b><br>1.测量体重,自动感应称重<br>2.测量身高,滑动式档杆<br>3.身高体重一体化测量<br>4.大屏幕数字化 <b>LED</b> 显示<br>5.一键置零/除皮设计 |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

附表一十：除颤仪 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 1                                   | <div>1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。</div> <div>2.同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。</div> <div>3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。</div> <div>4.△除颤充电迅速，充电至200J&lt;3s，充电至360J&lt;8s。需提供佐证文件。</div> <div>5.采用旋钮式开关设计，可调节4种模式（除颤/起搏/aed/监护），支持开机同步快速选择12档位手动除颤能量。</div> <div>6.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。</div> <div>7.病人阻抗范围：体外除颤：20～200Ω；体内除颤：15-200Ω。</div> <div>8.监护功能：可选配升级SpO2、NIBP监测功能。</div> <div>9.1块电池可支持360J除颤200次以上。</div> <div>10.△具备生理报警和技术报警功能。需提供佐证文件。</div> <div>11.彩色TFT显示屏≥7英寸，最多可显示4道监护参数波形。</div> <div>12.体外除颤监护仪配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。</div> <div>13.主机具备录音功能，最大支持≥180min录音存储。</div> <div>14.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。</div> |
| 说明                  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 附表一十一：可视喉镜 是否允许进口：否 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 参数性质                | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1、喉镜与显示屏一体化结构，便携易用<br>2、一支喉镜手柄可与多种不同规格的镜片匹配使用，适用范围广<br>3、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源<br>4、视频喉镜机身金属材质，机械强度高<br>5、USB读取与存储，大容量16G TF卡<br>6、镜头像素：摄像头≥30万像素摄像头。<br>7、液晶屏像素（PIX）不低于1600*1200<br>8、分辨率≥3.72lp/mm<br>9、光照度：≥280 Lux<br>10、显示器可前后转动角度0-130°，显示器可左右转动角度0-270°。<br>12、电池持续放电时间不低于200min<br>13、充电时间：3h，充电次数>400次<br>14、液晶屏3寸及以上<br>15、屏幕比例：4:3<br>16、低电量屏幕显示功能<br>17、一次性视频喉镜片为进口医用级高分子PC材料<br>18、视场角 45°-65°<br>19、景深5-100mm<br>20、摄像头与镜片前端垂直距离：≤30mm<br>21、可插入镜片长度：80-132mm<br>22、渐缩型镜片前端厚度：11-17mm<br>23、镜片角度：33-44度<br>24、高清数字化系统芯片<br>25、一键拍照/录像功能 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

附表一十二：全自动洗消机 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    | 1、消毒剂储存箱容量：≥12L<br>2、适酶储存箱容量：≥2.5L<br>3、酒精储存箱容量：≥1L<br>4、排水装置:采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。<br>5、*水过滤器:过滤精度满足0.2μm；需提供佐证文件。<br>6、清洗液、酒精计量装置:采用蠕动计量泵，计量精度≤1%；<br>7、每次处理镜子数量:1-2条软式内镜<br>8、测漏功能:若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警；<br>9、消耗水量:每清洗消毒循环水耗量25-40L<br>10、自身消毒功能:不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器消毒；<br>11、加强消毒功能:延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果；<br>12、软镜内管腔增加泵:设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔， |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>辅助送水官腔和抬钳器官腔等；</p> <p>13、内管腔增压泵压力监测:通过可视化窗口，可直观的检测内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格；</p> <p>空气干燥功能:可以使用设备自带的空压机干燥内镜内管腔，也可以外接压缩气来达到更好的干燥效果；</p> <p>14、酒精干燥功能:有酒精干燥功能</p> <p>15、内镜内腔清洗接头：可提供市场上常用的内镜内腔清洗接头；</p> <p>16、双级旋转喷淋清洗：设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角；</p> <p>17、消毒剂加热:可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统</p> <p>18、消毒剂自动取样功能:通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害</p> <p>19、消毒剂添加排放:设备自动对消毒液进行添加和排放</p> <p>20、全封闭消毒:洗消槽采用电动推杆压紧密封胶条的全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。</p> <p>21、无菌水漂洗:内置<math>\geq 0.2\mu\text{m}</math>无菌水过滤器；消毒后使用<math>\geq 0.2\mu\text{m}</math>过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。</p> <p>22、消毒剂不足报警:有消毒剂不足报警</p> <p>23、清洗液不足报警:有清洗液不足报警</p> <p>24、酒精不足报警:有酒精不足报警</p> <p>25、追溯系统:采集内镜信息、操作人员信息和内镜清洗消毒的过程数据通过网络与用户的计算机系统连接，实现患者信息与内镜清洗消毒信息管理</p> <p>26、控制系统:采用PLC控制；触摸屏:采用<math>\geq 5.0</math>英寸彩色触摸屏显示</p> <p>27、程序运行倒计时功能:精确的设备倒计时功能，便于观测程序剩余时间，方便操作人员协调内镜洗消工作。</p> <p>28、一键启动功能:</p> <p>29、显示屏显示内容:显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；</p> <p>30、管理员权限设置:产品控制系统设有三级权限设置；操作人员拥有一级权限，可完成日常洗消工作；管理员拥有二级权限，可进行程序参数调整；维护人员拥有三级权限，可更改设备内部参数；</p> <p>31、玻璃门:采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况；</p> <p>32、自动门、脚踏开门:自动门，可脚踢开门；避免手动开门后，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染；</p> <p>33、关门保护功能:关门过程中，持续检测胶条承受压力，一旦压力异常，门自动弹起，避免关门过程中夹伤人员或内镜；</p> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表一十三：胃镜检查床 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                         | <div>1. 床面靠背部分可折起角度<math>0\sim75\pm5^{\circ}</math>;</div> <div>2.车体高低调整范围：520～810±10mm</div> <div>3. 床面尺寸：1920*640/740±10mm</div> <div>4 .床体配带氧气瓶架及锁紧开关；</div> <div>5.采用中控刹车系统，稳定可靠。配导向轮装置；</div> <div>6.床面：采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强。</div> <div>7.护栏:台面两侧配四片可提升式护栏,优质ABS工程塑料。</div> <div>8.操作部分：（背部起背）</div> <div>（1）转运车的后背升降采用气弹簧，起背角度应符合的规定。</div> <div>转运车：后背折起角度范围<math>\angle</math>：0～75±5度；床面升降范围mm：290±10mm。</div> <div>（2）手柄操作按顺时针方向旋转，床面上升，反之则下降。</div> <div>（3）后背调节气弹簧，不得有漏气泄压滑落现象。</div> <div>（4）空载时，手柄起动力矩不大于2N.m，试验重量为2Kg</div> <div>9.头部带有氧气瓶托架</div> <div>10.车头车尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架。</div> <div>11.整体升降采用摇杆式设计，升降行程520-810mm，摇把采用具有过盈保护，自动润滑功能。</div> <div>12、转运车左右两侧配置引流挂钩。</div> <div>13、承重部分：</div> <div>（1）转运车置于水平面上，当床面的中间部位承受250Kg重物后，其凹度不大于20mm，撤掉重物后没有塑性变形，各部位无异常现象。</div> <div>（2）转运车置于水平面上，当床面与床框任一侧的中间部位承受250Kg重物后，其凹度不大于50mm，撤掉重物后，床框没有塑性变形，各部位无异常现象。</div> <div>14、脚轮为4个中控脚轮，带有中央导向轮。</div> <div>15、独立的中心第五轮系统：转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行，使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效的控制前进方向使运送过程中更加安全。</div> <div>16.辅助装置：带有厚度3CM牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。</div> <div>17、配置清单：</div> <div>豪华升降转运车配置清单</div> <div>车体：1张</div> <div>四小护栏：1套</div> <div>垫子：1张</div> <div>轮子：4个</div> <div>导向轮：1个</div> <div>输液杆：1个</div> |            |
| 说明                      | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 附表一十四：紫外线杀菌存放柜 是否允许进口：否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 参数性质                    | 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 具体技术(参数)要求 |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | 1.外形尺寸： ≥500-450-1600mm<br>2.材质：采用优质材料制作而成，经防腐，酸碱测试，处理既有弹性防磁，又光洁耐用，容易清洗。<br>3.门板采用透明玻璃，可直接观察柜内情况。<br>4.配有紫外线臭氧消毒，隐藏式紫外线不可直接照射内镜，对内镜无损伤<br>5.配有微电脑时控开关，可设置好时间自动定时开关消毒<br>6.含循环风扇，保持柜内长期的无菌以及干燥。<br>7.额定电压：220V/50Hz<br>8.配有2套内镜专用亚克力挂具<br>9.功率： ≥80w |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                     |

附表一十五： 内镜运转车 是否允许进口： 否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                   |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 1、车体采用全钢质结构，可靠性高。<br>2、设置两层转运托盘。<br>3、带脚轮锁，试用方便。<br>4、承载容器可单独消毒。<br>5、每层托盘均可180°旋转，拿取更方便。<br>6、可同时运输不同品牌的内镜。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                              |

附表一十六： 根管测量仪 是否允许进口： 否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                  |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 电源输入:100-240VAC50Hz/60Hz<br>测量电压:AC200mV<br>测量电流:AC100μm<br>屏幕尺寸:≥110mm*70mm<br>重量:≤0.370kg |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                             |

附表一十七： 种修复工具仪 是否允许进口： 否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|      |    |            |

|  |   |                                                                                                                                                                                   |
|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1 | 1.螺丝刀规格尺寸<br>头部尺寸:1.0、1.2、1.27、1.4、1.55、1.65<br>2.种植体螺丝起适应系统对照表<br>1#: 0.95<br>2#: 1.2<br>3#: 1.27<br>4#: 1.4<br>5#: NOB<br>6#: ITI<br>7#: 0.9<br>8#: 1.16<br>9#: 1.25<br>10#: TM |
|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表一十八：牙片机(手持)+感光版扫描片牙片宝 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | 1、标称管电压:60kV±10%<br>2、标称管电流:2mA±20%<br>3、标称电功率:120W(60kV2mA0.1s)<br>4、运行方式:间歇加载 连续运行;<br>5、加载时间选择范围:0.15-2.0s<br>6、总滤过:≥1.8mmAL<br>7、焦点到影像接收面距离:20cm±10%<br>8、X射线视野尺寸:φ50mm±10%<br>9、可接触表面(不包括X射线口)泄漏辐射:<0.25mGy/h(最大曝光时间2s)<br>10、对操作者的泄漏辐射值和杂散辐射值:<0.15mGy/h(最大曝光时间2s)<br>11、曝光间歇比:1:60(曝光时间:间隔时间)<br>12、电池容量:≥2500mAh<br>13、充电器额定输出:DC16.8V/1A<br>14、充电器额定输入电压:AC220V,50HZ<br>15、尺寸(长宽高):≤170X235X127(mm) |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表一十九：治疗牙椅 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                   |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    | <b>1 牙科椅</b><br>1.1 坐垫靠背头枕：无缝PU发泡成型。超薄梨形椅背，具有腰部支撑设计。头枕具有颈部支撑和头部固位功能设计。<br>1.2 枕头架：旋钮式三关节铝合金枕头架，具有儿童和轮椅人士治疗位。 |

1.3 治疗椅椅架：五金椅架，表面电泳处理。内高支点结构，具有靠背坐垫联动结构设计。

1.4 弯板：一体式高压铸铝工艺成型。

1.5 左扶手：硬PU发泡扶手。

1.6 电动推杆：24V直流静音电机，进口品牌电动推杆。

1.7 座椅高度:最低椅位 $\leq 390\text{mm}$ ，最高椅位 $\geq 800\text{mm}$ 。

1.8 靠背俯仰角度:115°-185°，具有休克急救治疗位。

## 2 下挂式器械盘

2.1 手机管:标配3条优质四孔手机管。

2.2 器械盘防污垫:可拆卸式器械盘硅胶垫，耐134℃高温高压灭菌处理。

2.3 控制面板:轻触按键面板，具有设备工作状态指示。

2.4  $\Delta$ 功能设置:具有治疗椅升降俯仰控制按键、设置、复位、急救位、口腔灯、加热、漱口水、冲痰盂等按键，需提供佐证文件。

2.5 器械挂架:气控式五器械位挂架，可以135°旋转，方便医生使用。

2.6 三用枪:标配三用枪一只，枪管可拆卸高温灭菌处理。

## 3 侧箱

3.1 侧箱壳:采用环保可回收医用高分子材料注塑成型，箱体采用对接式结构，拆卸简单，空间开阔，便于维修。

3.2 强弱吸过滤器:外置式双过滤网，插拔式安装。

3.3 净水系统:具有纯净水系统， $\geq 1000\text{ml}$ 净水瓶，外置式安装，低水位清晰可见。

3.4 水源转换系统:具有市政自来水和纯净水转换系统。

3.5 漱口水加热系统:具有漱口水自动恒温系统，具有超温安全保护，出水温度 $40\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。

3.6 电磁阀:品牌电磁阀，质量稳定，性能可靠。

## 4 痰盂盆

4.1 痰盂盆:插拔式陶瓷痰盂盆，方便清洗灭菌处理。

4.2 水嘴:插拔式漱口水和冲痰盂水水嘴，方便清洗消毒处理。

4.3 旋转角度:痰盂盆可整体旋转180°，方便病人使用。

## 5 副控

5.1 副控支撑架:副控支架可旋转90°，方便四手操作。

5.2 控制盒:副控控制盒可135°旋转，方便助手操作。

5.3 控制面板:轻触按键面板。

5.4 功能设置:可控制治疗椅升降俯仰、复位、吐痰位、急救位、记忆椅位、口腔灯、加热、漱口和冲痰水等功能。

5.5 三用枪:标配三用枪一只，带热水功能。

5.6 强弱吸:铝合金可调节强弱吸手柄。

## 6 口腔灯

6.1 光源:单点反射式LED光源，手动黄白光切换。

6.2 控制:感应式开关控制，三档亮度感应式调节，防止交叉感染；

6.3 照度:从小于10000到大于25000Lux可调节。

6.4 色温: $5000\pm 10\%K$ 。

6.5 旋转关节:三关节旋转，照明无死角。

6.6 灯珠寿命:灯珠寿命 $> 30000$ 小时。

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                       | <p><b>7 脚踏开关</b></p> <p>7.1 动态器械控制:可控制高、低速手机、洁牙机等器械的工作。可控制干湿磨和单吹气功能。</p> <p>7.2 椅位控制:可控制治疗椅升降俯仰运动。</p> <p>7.3 复合按键:可控制漱口水和冲痰盂水。</p> <p><b>8 医生座椅</b></p> <p>8.1 座椅形状:圆形医生座椅。</p> <p>8.2 座椅高度:座椅高度可调节。</p> <p>8.3 座椅脚轮:医用静音脚轮。</p> <p><b>9 安全保护</b></p> <p>9.1 机椅互锁:确保治疗机工作时，治疗椅不会被误操作。</p> <p>9.2 急停保护:一键式切断设备水、气、电供给。</p> <p>9.3 误操作保护:确保设备在误操作时，不会对患者造成伤害。</p> <p><b>10 设计输入参数</b></p> <p>10.1 输入气压:0.55-0.6MPa,流量：≥75L/min；</p> <p>10.2 输入水压:0.2-0.4MPa，流量：≥2.5L/min；</p> <p>10.3 输入电压:220V/50Hz±10%，功率：&lt;900VA；</p> |            |
| 说明                    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 附表二十：热牙胶充填系统 是否允许进口：否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 参数性质                  | 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 具体技术(参数)要求 |

|                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 1                                   | <div>1.注射充填器参数</div> <div>外形尺寸(宽×长×高):≤93mm×188mm×139m</div> <div>主机输入:DC3.7V1900mAh</div> <div>电池容量:1900mAh</div> <div>充电时间:约2.5小时</div> <div>重量:≤402g</div> <div>配置清单:</div> <div>主机</div> <div>电源适配器</div> <div>充电底座</div> <div>清洁刷</div> <div>注胶针扳手</div> <div>注胶针</div> <div>隔热保护罩</div> <div>推进杆</div> <div>2.加热充填器参数</div> <div>外形尺寸(宽×长×高):≤93mm×177mm×93mr</div> <div>主机输入:DC3.7V1900mAh</div> <div>电池容量:1900mAh</div> <div>充电时间:约2.5小时重量:≤290g</div> <div>配置清单:</div> <div>主机</div> <div>电源适配器</div> <div>充电底座</div> <div>工作尖 4个</div> <div>工作尖隔热套</div> |
| 说明                 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 附表二十一：注射泵 是否允许进口：否 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 参数性质               | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>1.注射器规格：可自动识别5 mL、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器内置多种注射器品牌，自定义一种，满足多科室需要。</p> <p>2.输注量范围：0ml~9999ml，&lt;1000ml以0.1ml步进，&gt;1000ml以1ml步进</p> <p>3.流速范围：</p> <p>5ml注射器：0.1 mL/h~100mL/h</p> <p>10mL注射器：0.1 mL/h~300mL/h；</p> <p>4.20mL流速误差：±2%</p> <p>注射器：0.1 mL/h~600mL/h；</p> <p>30mL注射器：0.1 mL/h~900mL/h；</p> <p>50mL注射器：0.1 mL/h~1300mL/h，</p> <p>可按0.1mL/h递增或递减</p> <p>5.快速输注：</p> <p>5ml注射器：100 ml/h ~150ml/h</p> <p>10ml注射器:100 ml/h ~300ml/h</p> <p>20ml注射器:100 ml/h ~600 ml/h</p> <p>30ml注射器:100 ml/h ~900 ml/h</p> <p>50/60ml注射器:100 ml/h ~1300 ml/h</p> <p>6.注射模式：简易模式、速度模式、时间容量模式、体重模式</p> <p>7.运行界面显示：速度、累积量、注射器规格和品牌、运行状态、剩余时间、预制量、阻塞等级</p> <p>8.丸剂量范围：1ml-20ml 可设</p> <p>9.保持静脉开放（KVO）速度：0.1-1ml/h，速度可调。</p> <p>10.报警功能：外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误</p> <p>11.其他功能：</p> <p>自检功能：开机时自动检测关键部件，存在异常时报警或提示用户</p> <p>快速输注：运行过程中可实现按量快速给药</p> <p>交直流自动切换：当外接交流断电时自动切换到内部电池</p> <p>时间输注：可以预定时间输注，输注泵按照用户输入的时间自动换算为流速。</p> <p>12.内置电池工作时间：电池充足电的情况下，30ml/h注射流速，可连续工作约5小时。</p> <p>13.阻塞压力范围：高中低档可选，分别为：0.02Mpa-0.07 Mpa，0.05Mpa-0.10 Mpa，0.08Mpa-0.14Mpa。</p> <p>14.电源电压：交流输入：AC220V/ 50Hz，内部电池：DC9.6 V~DC10.1V。</p> <p>15.功耗：≤18VA。</p> <p>16.安全分类I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX3。</p> <p>17.工作环境：环境温度：5℃~40℃相对湿度：20%~90%大气压力：700 hPa -1060hPa</p> <p>18.存储环境：包装好的注射泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃~+55℃，大气压为700hPa~1060hPa</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

附表二十二：水机上的电柜 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | <p>1、工作电压：380V</p> <p>2、总功率：≤4KW</p> <p>3、设备产水量：≥500L</p> <p>4、设备产水水质要求：≤15us</p> <p>5、原水水压：≥0.2Mpa</p> <p>6、系统采用“集成控制器+触摸屏”全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、自动紫外线消毒、自动臭氧消毒、原水缺水/水箱满水自动停机）。</p> <p>7、具备开机自检、缺水保护报警、漏水保护、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。机械过滤自动冲洗，树脂过滤自动冲洗+再生，RO膜自动冲洗，供水系统脉冲循环，臭氧消毒自动开启，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。</p> <p>8、产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。</p> |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表二十三：心电图机 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | <p>1.导联：12导联同步采集、显示、打印。</p> <p>2.噪声电平：≤15uVp-p</p> <p>3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）</p> <p>4.△时间常数：≥5S，需提供佐证文件。</p> <p>5.耐极化电压：±650mV</p> <p>6.共模拟制比：≥105dB</p> <p>7.增益：2.5mm/mv、5mm/mv、10mm/mv、20mm/mv、10/5mm/mv、20/10mm/mv、AGC。</p> <p>8.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。</p> <p>9.≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。</p> <p>10.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。</p> <p>11.可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。</p> <p>12.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。</p> <p>13.具有隐藏式提手，美观大方。</p> |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表二十四：电子喉镜 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | 1、喉镜与显示屏一体化结构，便携易用<br>2、一支喉镜手柄可与多种不同规格的镜片匹配使用，适用范围广<br>3、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源<br>4、视频喉镜机身金属材质，机械强度高<br>5、USB读取与存储，大容量16G TF卡<br>6、镜头像素：摄像头≥30万像素摄像头。<br>7、液晶屏像素（PIX）不低于1600*1200<br>8、分辨率≥3.72lp/mm<br>9、光照度：≥280 Lux<br>10、显示器可前后转动角度0-130°，显示器可左右转动角度0-270°。<br>11、内置电源：可充电高能聚合物锂电池3.7V DC，2000mAh<br>12、电池持续放电时间不低于200min<br>13、充电时间：3h，充电次数>400次<br>14、液晶屏3寸及以上<br>15、屏幕比例：4:3<br>16、低电量屏幕显示功能<br>17、一次性视频喉镜片为进口医用级高分子PC材料<br>18、视场角 45°-65°<br>19、景深5-100mm<br>20、摄像头与镜片前端垂直距离：≤30mm<br>21、可插入镜片长度：80-132mm<br>22、渐缩型镜片前端厚度：11-17mm<br>23、镜片角度：33-44度<br>24、高清数字化系统芯片<br>25、一键拍照/录像功能 |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

包1（奈曼旗人民医院2024年医疗服务与保障能力提升资金医疗设备购置项目（其它类））：综合评分法  
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

**6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：**

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

**7. 投标无效的情形**

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**8. 废标的情形**

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

**9. 定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

**二. 落实政府采购政策**

**1. 节约能源、保护环境**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

**2. 促进中小企业发展**

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（奈曼旗人民医院2024年医疗服务与保障能力提升资金医疗设备购置项目（其它类））

| 序号 | 情形                    | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式                                                                                                               |
|----|-----------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体 | 20%    | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

奈曼旗人民医院2024年医疗服务与保障能力提升资金医疗设备购置项目（其它类）

|             |                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）                                                                           |
| 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                                                |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。                                |
| 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。                                                                        |
| 联合体投标       | 符合关于联合体投标的相关规定                                                                                       |
| 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 3.标“*”参数为实质性参数，有一项不满足视为无效投标。 |
| 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                                               |

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

奈曼旗人民医院2024年医疗服务与保障能力提升资金医疗设备购置项目（其它类）

| 评审因素 | 评审标准                                |
|------|-------------------------------------|
| 分值构成 | 技术部分52.0分<br>商务部分18.0分<br>报价得分30.0分 |



|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术部分 | 技术参数 (20.0分)   | 1、标“*”参数为实质性参数，有一项不满足视为无效投标。2、标“△”参数为重要参数，有一项不满足扣2分，共计20分，扣完为止。投标人应在投标文件中对标“*”及“△”的技术指标参数进行详细说明，并配以产品技术佐证文件（如产品技术白皮书、检测报告、配置清单等真实佐证文件，佐证文件需加盖生产厂家公章），技术偏离表需将标注“*”及“△”的佐证文件备注响应文件所在位置标明页码，方便评审。未提供对应佐证文件或佐证文件无对应参数或负偏离的参数视为不满足，技术偏离表与佐证文件不一致，以佐证文件为准进行评审。                                                  |
|      | 供货方案 (12.0分)   | 投标人根据本项目采购需求提供详细项目实施方案，内容应包括但不限于：①供货保障及进度计划方案；②运输方案(包括设备运输人员、运输方式、运输车辆、运输时间等)；③应急预案（包括货物破损、紧急调换货、备品备件等）；④项目实施人员配置、人员分工安排。（1）全部满足以上4项要素要求不缺项得12分；（2）以上4项每缺少一项要素扣3分，扣完为止；（3）每一项要素中若有描述缺陷不符合项目实际要求的，每有一处扣0.5分，最多扣3分。（缺陷是指：内容不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；方案与业务需求不符，不利于本项目实施等任何一种情形） |
|      | 安装调试方案 (10.0分) | 投标人有完整的产品安装调试方案，内容包括但不限于：①安装调试方案；②现场管理；③突发情况；④时间安排；⑤安装调试人员安排。（1）全部满足以上5项要素要求不缺项得10分；（2）以上5项每缺少一项要素扣2分，扣完为止；（3）每一项要素中若有描述缺陷不符合项目实际要求的，每有一处扣0.5分，最多扣2分。（缺陷是指：内容不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；方案与业务需求不符，不利于本项目实施等任何一种情形）                                                             |
|      | 售后培训 (10.0分)   | 投标人根据本项目采购需求提供详细有针对性的项目培训方案，内容包括但不限于：①有完整的内容设计；②培训计划制定；③培训流程；④培训效果的考核；⑤根据实际使用需求随时调整培训计划及方案。（1）全部满足以上5项要素要求不缺项得10分；（2）以上5项每缺少一项要素扣2分，扣完为止；（3）每一项要素中若有描述缺陷不符合项目实际要求的，每有一处扣0.5分，最多扣2分。（缺陷是指：内容不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；方案与业务需求不符，不利于本项目实施等任何一种情形）                               |
|      | 业绩 (8.0分)      | 投标人具有类似销售业绩的，每提供一项得2分，最多得8分。（以投标文件中所附销售合同或中标通知书复印件并加盖公章。）                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |                |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商务部分 | 售后服务 (10.0分)   | 针对售后服务承诺进行综合评审，内容包括但不限于：①售后服务承诺②服务内容③服务体系④服务人员配置⑤服务响应时间。（1）全部满足以上5项要素要求不缺项得10分；（2）以上5项每缺少一项要素扣2分，扣完为止；（3）每一项要素中若有描述缺陷不符合项目实际要求的，每有一处扣0.5分，最多扣2分。（缺陷是指：内容不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；方案与业务需求不符，不利于本项目实施等任何一种情形） |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。                                                                                                                               |

最低评标价法：无。

## 6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一、合同

#### 1、合同要求

**1.1**采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

**1.2**政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

**1.3**采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

**1.4**采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**1.5** 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同格式及内容

### 政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：\*\*\*（填写采购单位名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

乙方：\*\*\*（填写中标、成交投标人名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：\_\_\_\_\_。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：\_\_\_\_\_

（二）交付地点：\_\_\_\_\_填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：\_\_\_\_\_

（四）乙方交付货物代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：\_\_\_\_\_。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后\_\_\_\_\_日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

**七、合同金额**

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

**八、付款时间、金额及条件**

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

**九、货物质量保证及售后服务**

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

**十、知识产权**

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

**十一、违约条款**

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

**十二、不可抗力**

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

**十三、争议的解决方式**

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

# 政府采购合同

## （服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：\*\*\*（填写采购单位名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

乙方：\*\*\*（填写中标、成交投标人名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

\_\_\_\_\_。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：\_\_\_\_\_

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：\_\_\_\_\_

（三）服务地点：\_\_\_\_\_（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）。

### 七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

### （三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。



十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                             |
| 项目编号                      |                                                                                                                             |
| 采购人                       |                                                                                                                             |
| 使用人                       |                                                                                                                             |
| 投标人                       |                                                                                                                             |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书<br>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书<br>4.投标（响应）文件<br>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                        |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。                                                                                           |
| 验收人员名单及组成                 | 1. 采购人代表：<br>2. 采购代理机构代表：<br>3. 第三方专业机构代表及专家：<br>4. 其他投标人代表：                                                                |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：                                                   |
| 验收人员签字                    | 年 月 日                                                                                                                       |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日                                         |
| 备注                        |                                                                                                                             |

采购人代表签字：  
年 月 日

投标人代表签字：  
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                             |
| 项目编号                      |                                                                                                                             |
| 采购人                       |                                                                                                                             |
| 使用人                       |                                                                                                                             |
| 投标人                       |                                                                                                                             |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书<br>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书<br>4.投标（响应）文件<br>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                        |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。                                                                                           |
| 验收人员名单及组成                 | 1. 采购人代表：<br>2. 采购代理机构代表：<br>3. 第三方专业机构代表及专家：<br>4. 其他投标人代表：                                                                |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：                                                   |
| 验收人员签字                    | 年 月 日                                                                                                                       |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日                                         |
| 备注                        |                                                                                                                             |

采购人代表签字：  
年 月 日

投标人代表签字：  
年 月 日

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)  
投标文件

项目编号：  
包 号： 第    包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称)（盖章）

年    月    日

## 投标文件目录格式：

### 目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）的招标，项目编号：\_\_\_\_\_，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日



二、开标一览表（报价表）

招标投标人在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号  | 采购项目名称/包名称 | 投标总报价（元） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
|-----|------------|----------|--------|---------|
| 1   |            |          |        |         |
| 2   |            |          |        |         |
| ... |            |          |        |         |

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号  | 采购项目名称/包名称 | 上浮/下浮率（%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
|-----|------------|-----------|--------|---------|
| 1   |            |           |        |         |
| 2   |            |           |        |         |
| ... |            |           |        |         |

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号  | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
|-----|-----|------|------|----|----|-------|----|----|----|
| 1-1 | 1   |      |      |    |    |       |    |    |    |
| 1-2 | 2   |      |      |    |    |       |    |    |    |
| ... | ... |      |      |    |    |       |    |    |    |

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号  | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 上浮/下浮率（%） | 总价 |
|-----|-----|------|------|----|----|-------|----|----|-----------|----|
| 1-1 | 1   |      |      |    |    |       |    |    |           |    |
| 1-2 | 2   |      |      |    |    |       |    |    |           |    |
| ... | ... |      |      |    |    |       |    |    |           |    |

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
|-----|----|------|------|------|------|------|----|----|----|
|-----|----|------|------|------|------|------|----|----|----|

|     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1-1 | 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 2   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号  | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 上浮/下浮率（%） | 总价 |
|-----|-----|------|------|------|------|------|----|----|-----------|----|
| 1-1 | 1   |      |      |      |      |      |    |    |           |    |
| 1-2 | 2   |      |      |      |      |      |    |    |           |    |
| ... | ... |      |      |      |      |      |    |    |           |    |

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人，参加\_\_\_\_\_（项目名称）的招标，项目编号：\_\_\_\_\_。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

授权委托人（签字）：\_\_\_\_\_

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 法定代表人身份证扫描件<br>正面 | 法定代表人身份证扫描件<br>反面 |
| 授权委托人身份证扫描件<br>正面 | 授权委托人身份证扫描件<br>反面 |

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

|        |  |      |  |
|--------|--|------|--|
| 投标人名称  |  | 注册资金 |  |
| 注册地    |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人  |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人  |  | 联系电话 |  |
| 开户银行   |  |      |  |
| 开户银行账号 |  |      |  |
| 主营范围：  |  |      |  |
| 企业资质：  |  |      |  |

## 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

#### 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。



## 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

#### 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

### 十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，\_\_\_\_\_（项目名称），项目编号：\_\_\_\_\_，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 十二、联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）的投标，项目编号：\_\_\_\_\_。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

### 十三、中小企业声明函

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

#### 十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

### 十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足\_\_\_\_\_ (项目名称)，项目编号：\_\_\_\_\_ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日



十七、技术偏离表

| 序号 | 标的名称 | 招标技术要求 |        | 投标响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
|----|------|--------|--------|--------|------|----|
| 1  |      | ★      | 1.1... |        |      |    |
|    |      |        | 1.2... |        |      |    |
|    |      |        | ...    |        |      |    |
| 2  |      | ★      | 2.1... |        |      |    |
|    |      |        | 2.2... |        |      |    |
|    |      |        | ...    |        |      |    |

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十八、项目组成人员一览表

| 序号    | 姓名 | 本项目拟任职务 | 学历 | 职称或执业资格 | 身份证号 | 联系电话 |
|-------|----|---------|----|---------|------|------|
| 1     |    |         |    |         |      |      |
| 2     |    |         |    |         |      |      |
| 3     |    |         |    |         |      |      |
| ..... |    |         |    |         |      |      |

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明:

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括:项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标,须按本表项目组成人员操作,不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

| 序号  | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
|-----|------|------|------|------|
| 1   |      |      |      |      |
| 2   |      |      |      |      |
| 3   |      |      |      |      |
| 4   |      |      |      |      |
| ... |      |      |      |      |

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。