

2024年度全市残疾人辅助器具采购项目

公开招标文件

采购单位名称：鄂尔多斯市残疾人综合服务中心

采购代理机构名称：内蒙古玖志项目管理有限公司

项目编号：**ESZCS-G-H-240141**

2024年07月12日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古玖志项目管理有限公司受鄂尔多斯市残疾人综合服务中心委托，采用公开招标方式组织采购2024年度全市残疾人辅助器具采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：2024年度全市残疾人辅助器具采购项目

项目编号：ESZCS-G-H-240141

采购计划备案号：鄂财购备字(电子)[2024]06911号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	2024年度全市残疾人辅助器具采购项目	56	详见招标文件	3,492,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（2024年度全市残疾人辅助器具采购项目）：

1)投标人为经销商的根据所投产品分类提供其《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的提供其《医疗器械生产许可证》；所投产品若为医疗器械，投标人需根据所投产品分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古玖志项目管理有限公司

地址：鄂尔多斯市东胜区

联系人：温先生

联系电话：15047364847

采购单位名称：鄂尔多斯市残疾人综合服务中心

地址：鄂尔多斯市康巴什区

联系人：丁广平

联系电话：8580919

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（2024年度全市残疾人辅助器具采购项目）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。 采购机构代理服务收费标准：参照内工建协【2022】34号文收取
15	投标保证金	2024年度全市残疾人辅助器具采购项目：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（2024年度全市残疾人辅助器具采购项目）:总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（ <https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn> ）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指鄂尔多斯市残疾人综合服务中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古玖志项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效

期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

2024年度全市残疾人辅助器具采购项目

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	投标人为经销商的根据所投产品分类提供其《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的提供其《医疗器械生产许可证》；所投产品若为医疗器械，投标人需根据所投产品分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

2024年度全市残疾人辅助器具采购项目

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（2024年度全市残疾人辅助器具采购项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	采购人所需地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，合同签订后支付合同总价的30% 2期：支付比例40%，到货签收后支付合同总价的40% 3期：支付比例30%，假肢、矫形器、耳内助听器适配完成后并提供所有适配人员档案资料后支付合同总价的30%
验收要求	1期：所有产品到货且假肢、矫形器、耳内助听器适配完成后，按照国家标准进行验收
履约保证金	不收取
其他	其他要求：中标供应商在中标公示发出后三个工作日内须提供证明材料原件及样品供采购人确认，包括：①符合“★”要求的国家认监委认可的第三方检验检测机构的检测报告原件；②类似项目业绩原件（中标通知书或合同）；③采购人所需要的其他证明材料原件；④电动轮椅、普通轮椅、护理床、启智类辅具、玩教辅助器具各一件样品供采购人确认。如无法提供相关证明材料原件或样品不符合“★”要求将取消中标资格，并按国家法律法规追究其责任。

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1	△	助残器械	电动轮椅	台	125.00	3,970.00	496,250.00	否	工业	详见附表一
2	△	助残器械	普通轮椅	台	301.00	850.00	255,850.00	否	工业	详见附表二
3		助残器械	高靠背轮椅	台	4.00	1,280.00	5,120.00	否	工业	详见附表三
4		助残器械	儿童轮椅	台	5.00	1,100.00	5,500.00	否	工业	详见附表四
5		助残器械	座便轮椅	台	5.00	1,000.00	5,000.00	否	工业	详见附表五
6		助残器械	单脚手杖	支	140.00	100.00	14,000.00	否	工业	详见附表六

7		助残器械	拐杖椅凳	支	81.00	150.00	12,150.00	否	工业	详见附表七
8		助残器械	（四角）多腿手杖	支	80.00	120.00	9,600.00	否	工业	详见附表八
9		助残器械	腋杖	副	60.00	150.00	9,000.00	否	工业	详见附表九
10		助残器械	肘拐	支	64.00	100.00	6,400.00	否	工业	详见附表一十
11		助残器械	盲杖	支	31.00	120.00	3,720.00	否	工业	详见附表一十一
12		助残器械	护理床	张	96.00	1,990.00	191,040.00	否	工业	详见附表一十二
13		助残器械	防褥疮床垫	个	40.00	1,500.00	60,000.00	否	工业	详见附表一十三
14		助残器械	耳内助听器	个	41.00	2,700.00	110,700.00	否	工业	详见附表一十四
15		助残器械	耳背助听器	个	372.00	2,000.00	744,000.00	否	工业	详见附表一十五
16		助残器械	座便椅	张	75.00	400.00	30,000.00	否	工业	详见附表一十六
17		助残器械	沐浴椅	张	26.00	200.00	5,200.00	否	工业	详见附表一十七
18		助残器械	盲人电磁炉	个	29.00	550.00	15,950.00	否	工业	详见附表一十八
19		助残器械	盲人电饭煲	个	74.00	560.00	41,440.00	否	工业	详见附表一十九
20		助残器械	盲人手表	副	10.00	90.00	900.00	否	工业	详见附表二十
21		助残器械	盲人眼镜	副	4.00	120.00	480.00	否	工业	详见附表二十一
22		助残器械	成人站立架	台	6.00	1,350.00	8,100.00	否	工业	详见附表二十二
23		助残器械	前臂支撑台式助行器	个	1.00	675.00	675.00	否	工业	详见附表二十三
24		助残器械	框式助行器	个	24.00	200.00	4,800.00	否	工业	详见附表二十四
25		助残器械	放大镜	个	1.00	90.00	90.00	否	工业	详见附表二十五
26		助残器械	定位器	个	10.00	875.00	8,750.00	否	工业	详见附表二十六

27		助残器械	床用桌	张	5.00	940.00	4,700.00	否	工业	详见附表二十七
28		助残器械	电动护理床	张	8.00	3,000.00	24,000.00	否	工业	详见附表二十八
29		助残器械	感觉综合训练类辅具	套	1.00	4,253.00	4,253.00	否	工业	详见附表二十九
30		助残器械	医用体位垫	块	1.00	433.00	433.00	否	工业	详见附表三十
31		助残器械	防滑浴垫	个	3.00	44.00	132.00	否	工业	详见附表三十一
32		助残器械	闪光门铃	套	7.00	200.00	1,400.00	否	工业	详见附表三十二
33		助残器械	盲用语音收音机	个	8.00	200.00	1,600.00	否	工业	详见附表三十三
34		助残器械	震动闹钟	个	5.00	133.00	665.00	否	工业	详见附表三十四
35		助残器械	护眼罩	个	2.00	62.00	124.00	否	工业	详见附表三十五
36		助残器械	站立支撑平台	个	1.00	867.00	867.00	否	工业	详见附表三十六
37		助残器械	启智类辅具	套	2.00	18,667.00	37,334.00	否	工业	详见附表三十七
38		助残器械	穿衣、系扣辅助器具	套	4.00	98.00	392.00	否	工业	详见附表三十八
39		助残器械	穿鞋、穿袜辅助器具	个	4.00	51.00	204.00	否	工业	详见附表三十九
40		助残器械	语音及言语训练轴助器具	套	4.00	2,633.00	10,532.00	否	工业	详见附表四十
41		助残器械	图标和符号训练辅助器具	个	4.00	2,200.00	8,800.00	否	工业	详见附表四十一
42		助残器械	逻辑行为能力训练辅助器具	套	4.00	353.00	1,412.00	否	工业	详见附表四十二
43		助残器械	认知益智辅助器具	套	6.00	180.00	1,080.00	否	工业	详见附表四十三
44		助残器械	启智类辅助器具	套	5.00	1,820.00	9,100.00	否	工业	详见附表四十四
45		助残器械	社会行为训练辅助器具	套	4.00	2,633.00	10,532.00	否	工业	详见附表四十五
46		助残器械	玩教辅助器具	套	4.00	2,133.00	8,532.00	否	工业	详见附表四十六

47		助残器械	技能训练辅助器具	套	1.00	8,760.00	8,760.00	否	工业	详见附表四十七
48		助残器械	语言及言语训练辅助器具	套	1.00	2,633.00	2,633.00	否	工业	详见附表四十八
49		助残器械	小腿假肢	套	58.00	13,600.00	788,800.00	否	工业	详见附表四十九
50		助残器械	大腿假肢	套	16.00	19,000.00	304,000.00	否	工业	详见附表五十
51		助残器械	前臂假肢	套	15.00	9,000.00	135,000.00	否	工业	详见附表五十一
52		助残器械	上臂假肢	套	5.00	8,000.00	40,000.00	否	工业	详见附表五十二
53		助残器械	矫形鞋	个	16.00	1,000.00	16,000.00	否	工业	详见附表五十三
54		助残器械	髌膝踝足矫形器	个	2.00	5,000.00	10,000.00	否	工业	详见附表五十四
55		助残器械	踝足矫形器	个	10.00	1,000.00	10,000.00	否	工业	详见附表五十五
56		助残器械	膝踝足矫形器	个	3.00	2,000.00	6,000.00	否	工业	详见附表五十六

附表一： 电动轮椅 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	（1）整车质量≤22kg（不含电池）； （2）总长≥110cm，总宽≥60cm，总高≥90cm，座位宽度≥45cm，座位深度≥40cm； （3）座垫采用环保材料材质,坐垫及靠背垫均采用高弹性海绵包裹,易拆洗透气，座位配有安全带，扶手可后翻，可拆可调节高低，转弯灵活，轮椅配有防后倾倒安全轮，可折叠； （4）前轮直径:≥7英寸，PU轮实心； （5）后轮直径:≥12英寸，选用防扎高阻轮胎，免充气，减震性能卓越； （6）车架材质: 高强度铝合金； （7）电机功率≥250W双电机，最大速度：6公里/小时,可前进、后退，左右转弯，爬坡角度≥9°； （8）制动方式：电子刹车、电子制动，制动距离＜1m；停车时自动刹车，能够实现驻坡停车； （9）充电器：24V/20A，锂电池：24V/20AH，续航里程：≥26公里，载重：≥100kg； （10）整车外形美观，操作灵活、拆卸快捷、携带方便,具有操作方便、结构牢固的优点； （11）控制器：可左右手互换。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二： 普通轮椅 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	(1) 可折叠，双支撑架，手动四轮轮椅，驱动方式用手直接驱动后轮式； (2) 车架为高强度铝合金材料，管材直径$\geq 22\text{mm}$，管材壁厚$\geq 1.8\text{mm}$； (3) 座宽$\geq 440\text{mm}$，座垫采用高强度软座垫设计，顶部应加强支撑带； (4) 载重$\geq 100\text{KG}$； (5) 扶手可上翻，固定挂脚； (6) 前轮直径≥ 6英寸的PU实心轮胎，后轮直径≥ 22英寸的免充气轮胎，前叉采用双轴承； (7) 轮椅车应配备安全带、带后手刹、小腿带； (8) 具有完备的供货、实施、售后、质量保证措施。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：高靠背轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 产品为可折叠，双支撑架，手动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式； (2) 车架为铝制材料，管材直径$\geq 22\text{mm}$、管材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，表面处理氧化或喷塑； (3) 座宽$\geq 440\text{mm}$，后靠背带头枕角度可调节至170度； (4) 活动扶手，可拆卸带腿托板，可调节式挂脚； (5) 脚踏板与车架连接稳定牢靠，高度可调节； (6) 前轮为直径≥ 8英寸的PU实心轮胎，后轮为直径≥ 22英寸的免充气轮胎，前小轮轴带减震橡胶，前叉采用双轴承； (7) 轮椅车应配备餐桌、安全带、小腿带，载重$\geq 100\text{KG}$； (8) 增配座垫采用人造革皮内置海绵设计，座垫厚度$\geq 40\text{mm}$，座垫与车架连接部应稳固、贴合。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：儿童轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	(1) 总长$\geq 95\text{cm}$; (2) 总宽$\geq 45\text{cm}$; (3) 总高$\geq 90\text{cm}$; (4) 折叠宽度$\leq 30\text{cm}$; (5) 靠背高度$\geq 35\text{cm}$, 厚度$\geq 30\text{mm}$; (6) 座位深度$\geq 35\text{cm}$; (7) 座位宽度$\geq 35\text{cm}$; (8) 座位离地面高度$\geq 45\text{cm}$; (9) 最大载荷$\geq 100\text{kg}$; (10) 轮椅净重$\leq 14\text{kg}$; (11) 车架: 选用高强度6063铝合金材料, 管材直径$\geq 20\text{mm}$, 管材壁厚$\geq 2.0\text{mm}$, 车架表面彩色喷涂处理; (12) 靠背可后折, 整车可折叠, 配有蝴蝶型安全带, 可任意调节; (13) 车架整体采用保护型车架结构设计, 有效保护乘坐者下肢, 在使用时下肢不会触碰障碍物; (14) 轮椅后轮设计在坐垫下方中心位置, 并带有防后倾支撑轮, 可调后躺坐姿至45°适用儿童使用; (15) 前轮: ≥ 4寸高品质PU实心橡胶轮胎, 铝质前轮叉一体压铸成型; (16) 后轮: ≥ 20寸免充气轮, 钛合金轮毂, 配有驱动轮椅用的防滑塑料包裹手轮; (17) 刹车: 双手刹车, 带护理型联动驻刹; (18) 座靠垫: 面料选用优质高强度牛津布, 透气防滑, 内含帆布内套的组合车缝结构, 抗拉强度高, 坐垫厚度$\geq 50\text{mm}$, 车架内侧有软性防护垫, 有效保护身体不会造成划伤; (19) 扶手: 采用高低三挡可调节扶手, 聚氨酯扶手垫; (20) 护板: 选用塑料护板; (21) 脚托: 配置ABS塑料脚踏板, 座面与脚踏板距离可大幅度调整, 适合儿童生长发育较快的调整需求。
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表五：座便轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 产品结构: 车架为高强度铝合金材质, 双支撑结构, 固定扶手, 固定搁脚, 加宽型安全带, 管材直径$\geq 22\text{mm}$、管材壁厚$\geq 1.8\text{mm}$, 表面喷塑, 可折叠; (2) 扶手垫: PVC海绵扶手垫; (3) 搁脚: 踏板可折叠, 高度可调节; (4) 前轮≥ 6寸PU实心胎, 后轮≥ 22寸免充气轮胎; (5) 护板、脚踏: 塑料材质; (6) 座宽$\geq 440\text{mm}$, 座背垫:皮革座背垫, 可拆卸座垫, 带前抽拉式方便盆; (7) 刹车: 肘节式刹车装置, 后把手带有护理型手刹车功能; (8) 载重$\geq 100\text{kg}$。

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表六：单脚手杖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	(1) 主架：上支采用铝合金管，表面亮面处理，管材直径$\geq 22\text{mm}$，管材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$； (2) 脚管：下支采用铝合金管，表面亮面处理，管材直径$\geq 19\text{mm}$，管材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$； (3) 脚垫：单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠； (4) 性能：高度70-94厘米，9档调节，重量$\leq 0.4\text{KG}$，最大载荷$\geq 100\text{KG}$,适合老年人群使用，产品向内稳定性≥ 1.5度，向外稳定性≥ 4.0度。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：拐杖椅凳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 主架及脚管为高强度铝合金材料，管材直径$\geq 22\text{mm}$，管材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$； (2) 表面阳极氧化处理； (3) 采用高强度尼龙凳面； (4) 承重：$\geq 90\text{kg}$； (5) 三角超大面积支撑，稳定； (6) 高度可调； (7) 重量：$\geq 1.3\text{kg}$； (8) 手柄：防滑、舒适，手柄依人体工学设计抓握更舒适，更省力； (9) 脚垫：材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：（四角）多腿手杖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 主架：上支采用铝合金管，表面氧化处理，管材直径$\geq 22\text{mm}$，管材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$； (2) 脚管：下支采用钢质管，表面镀铬处理，管材直径$\geq 18.6\text{mm}$，管材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$； (3) 脚架：脚架采用钢质管，表面镀铬处理，管材直径$\geq 13\text{mm}$，管材壁厚$\geq 1.0\text{mm}$； (4) 脚垫：四支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠； (5) 性能：最大载荷$\geq 100\text{KG}$，产品的向内稳定性能≥ 1.5度，向外稳定性能≥ 4.0度。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：腋杖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 高度可调节； (2) 主架材质为不锈钢材质，管材直径$\geq 19\text{mm}$，管材壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (3) 净重量$\geq 1.8\text{kg}$； (4) 拐杖左右弯管、下撑管采用高强度不锈钢管组成；具有强度高，不生锈的特质； (5) 腋托套、手把采用无毒、表面光滑的优质发泡海绵材料； (6) 下撑管根据需要调整腋拐的高度，左右弯管可根据需要调节手撑高度，可供使用者随意调节适用高度，适用于不同高度人群使用； (7) 底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑牛津脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：肘拐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 产品把手符合人体工学设计,有肘支撑托,铝合金材质,高度可调,拐头有防滑功能; (2) 主架: 轻质铝合金为主要材料,管材直径$\geq 22\text{mm}$,管材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$; (3) 臂套手柄: 采用人体工程学设计理念,使用高强度工程塑胶材料一次注塑成型,舒适耐用; (4) 脚管采用单脚着地结构,脚管高度可调,配橡胶防滑脚垫,脚垫内衬钢片,着地性能好,稳定性极佳,拐杖的向内稳定性≥ 1.5度,向外稳定性≥ 4.0度。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：盲杖 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 主架: 采用轻质铝合金为主要材料,表面阳极氧化处理,杆身外表具有反光膜覆盖,夜间行走遇有车灯照射,杆身会自然警示反光; (2) 可伸缩,便于携带,全长$\geq 120\text{cm}$; (3) 把手: 为环保材料塑胶手把,无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘,结构设计应适合盲杖使用中正确握持,不易从手中滑落,手柄上端装有弹性腕带,并易于更换; (4) 脚垫: 配塑胶脚垫,耐磨、绝缘、振动传导信号,并且在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用、有敲击声反馈,易于更换; (5) 产品整体质量$\leq 0.5\text{kg}$。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：护理床 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	(1) 床架全长：2072±10mm； (2) 床架全宽：1200±10mm； (3) 床面离地高度：560±20mm（含床垫60mm）； (4) 靠背离地高度：860±20mm； (5) 床架材质：优质钢材焊接骨架； (6) 床架表面：静电喷粉（喷塑）； (7) 床垫厚度：80±5mm； (8) 床垫长度：1950±10mm； (9) 床垫宽度：1060±10mm； (10) 床垫材料：40mm3E环保棕+20mm海绵； (11) 床垫外套：防水布； (12) 护栏材质：钢制木柄； (13) 护栏类型：一体式护栏； (14) 护栏总长：830±10mm； (15) 护栏高度：375±10mm； (16) 床头、床尾、床侧板材质：密度板，床侧板厚度：≥18mm，床头、床尾厚度：≥25mm； (17) 背框和腿框调节方式：手动调节； (18) 背框最大折起角度：≥75°； (19) 腿框最大折起角度：≥50°； (20) 脚框最大折起角度：≥120°； (21) 静态承载重量：≥200kg； (22) 脚轮：4个5寸万向静音脚轮；
★	2	(23) 油漆：环保油漆涂料，油漆中的可溶性重金属含量按照GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》满足铅（Pb）≤90mg/kg；镉（Cd）≤75mg/kg；铬（Cr）≤60mg/kg；汞（Hg）≤60mg/kg；（提供国家认监委认可的第三方检验检测机构的检测报告予以佐证）
	3	(24) 背框和腿框采用手动的方式进行角度调节； (25) 采用透气防水床垫，厚度≥80mm； (26) 一体式床边护栏采用抽拔式快速装配方案，一步可以实现装拆，无需额外固定； (27) 床头板和床尾板可实现快速拆卸； (28) 配有四个万向静音脚轮，方便来回挪动床体，轮子上面配有刹车功能，当不需要移动床体时，可通过刹车装置，将床体稳稳固定于所需位置； (29) 床面采用网格格栅结构，床架采用长60mm×宽30mm方管焊接而成； (30) 背框和脚框升起时采用丝杆推力实现； (31) 配备木质餐桌板，高密度混合板，超强承重，表面光滑。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十三：防褥疮床垫 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	(1) 由高密度泡沫垫体、聚氨酯粘弹性泡沫材质和床垫罩组成。 (2) 静态床垫，无需用电且不充气。 (3) 产品可提供身体支撑，增加患者身体与垫接触面积，降低身体局部压力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：耳内助听器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 产品主要技术条件应符合GB/T 14199-2010《电声学助听器通用规范》国家标准； (2) 独立调节通道数和独立调节频段数≥ 16个； (3) 饱和声压级$\geq 130\text{dB}$； (4) 最大满档声增益$\geq 65\text{dB}$； (5) 等效输入噪声$\leq 9\text{dB}$； (6) 额定电源电流$\leq 1.0\text{mA}$； (7) 自动聆听程序设置≥ 4个； (8) 具备降噪系统； (9) 具有频率转移技术； (10) 启动移频后可调整频率压缩范围：800Hz-7500Hz； (11) 可选验配公式≥ 7，需含中文言语处理公式； (12) 总谐波失真(800Hz):$\leq 1\%$； (13) 频率响应范围：200-7000Hz； (14) 感音拾音线圈最大灵敏度$\geq 120\text{dB}$； (15) 具有双麦克风、自动声反馈抑制设置功能； (16) 兼容FM系统； (17) 具有耳鸣掩蔽功能； (18) 需配备一年免费电池； (19) 全数字信号处理技术； (20) 具备Noah系统下编程及患者管理功能；
★	2	(21) 需一对一上门为残疾人现场量身适配，取耳样并根据耳样制作耳内式定制助听器，质保内提供上门售后服务。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：耳背助听器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	(1) 产品主要技术条件应符合GB/T 14199-2010《电声学助听器通用规范》国家标准； (2) 独立调节通道数和独立调节频段数≥16个； (3) 饱和声压级≥140dB； (4) 最大满档声增益≥81dB； (5) 等效输入噪声≤10dB； (6) 额定电源电流量≤1mA； (7) 具备降噪系统； (8) 具有频率转移技术； (9) 启动移频后可调整频率压缩范围：800-7500Hz； (10) 可选验配公式不少于5个； (11) 总谐波失真(800Hz)≤ 0.7%； (12) 频率响应范围：100-6600Hz； (13) 感音拾音线圈最大灵敏度：≥125dB； (14) 具有双麦克风、自动声反馈抑制设置功能； (15) 兼容FM系统； (16) 具有耳鸣掩蔽功能； (17) 防尘防水等级：IP68； (18) 压缩比可调； (19) 具备音量调节器； (20) 具备程序调节器； (21)具备Noah系统下编程及患者管理功能； (22) 全数字信号处理技术； (23) 聆听程序设置≥8个； (24) 需配备一年免费电池； (25) 内置测听功能及低电压提示；
★	2	(25) 需一对一上门为残疾人量身适配，质保内提供上门售后服务。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：座便椅 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 产品主体采用钢制加工而成，管材直径≥25mm、管材壁厚≥1.0mm，可折叠，有扶手，有靠背，稳定性好； (2) 椅腿高度可调，且固定可靠，椅脚配橡胶防滑脚垫； (3) 抽拉式厕桶和马桶盖采用环保工程塑料材料，具有防水、容易清洁功能； (4) 厕孔根据人体坐姿而设计，为用户提供的方便位置； (5) 座板两边有扶手设计，配PVC浸塑防滑扶手垫； (6) 座垫及座背均为人造皮革料包裹优质海绵，靠背角度设计合理； (7) 座面开厕孔,配有大容量PVC光面方厕桶,采用后抽拉式，桶托与方厕桶配合顺畅，防水、安装方便、容易清洁。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：沐浴椅 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 车架选用高强度特种铝型材焊接而成，表面经氧化处理。主架管材直径 $\geq 25\text{mm}$ 、管材壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； (2) 车架四脚配有伸缩管； (3) 四脚都套有特制耐磨防滑胶脚； (4) 座板两旁设计有可拆扶手架，预防用户侧滑； (5) 座板表面具有防滑功能，且容易清洗； (6) 可拆靠背、可拆扶手； (7) 可拆伸缩管、可拆散车架。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：盲人电磁炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 全部按键都有相应的语音播报和盲文标识，接通电源按压简介键会有产品的使用介绍引导及操作注意事项的长语音使用说明，帮助老人及视障人士通过语音了解产品的使用； (2) 具有防干烧功能，空锅达到一定温度会自动停止加热，并有温度过高，已启动过热保护，请正确使用炉具的语音提示； (3) 面板材质：耐高温、冲击、不易变形、耐用； (4) 面板4个硅胶定位柱，保证使用者放置锅体时能较准确地将锅体放置于电磁炉的中心位置，防止锅体倾覆，当锅体未放稳会有语音提示，使老人及视障人群使用更安全； (5) 额定功率 $\geq 2200\text{W}$ 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：盲人电饭煲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 全部按键带盲文标识，全语音播报，老人及视障人士可无障碍使用； (2) 具有功能：精煮、快煮、粥/汤、预约、保温、取消； (3) 功率 $\geq 900\text{w}$ ； (4) 容量 ≥ 4 升； (5) LED显示工作模式，操作更直观； (6) 可制定预约时间，也可调节烹饪时间。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：盲人手表 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	(1) 产品组成：表盘和表带； (2) 待机时间：≥ 1年； (3) 供电方式：纽扣电池； (4) 表壳采用合金材质； (5) 具有语音报时功能，可播报当前时间； (6) 具有整点报时功能； (7) 具有闹铃及贪睡功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：盲人眼镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 镜架采用弹性记忆材质设计； (2) 采用全包围防漏光镜架设计，可有效阻挡有害光线进入眼睛，同时还可保证最开阔视野； (3) 镜片采用4层涂层设计：2层加硬涂层、防水性涂层、防油涂层，镜片无度数； (4) 偏振方向角度偏差小于3°； (5) 镜片可有效过滤波长范围在400-500nm之间的光波95%以上，透光率3.2%，蓝光阻隔率97.3%，紫外阻隔率99.5%，UV400nm； (6) 尺寸：镜腿≥ 120mm，镜片宽≥ 60mm，鼻梁≥ 14mm，镜框高≥ 43mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：成人站立架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 产品组成：由支脚、支撑托、支撑架组成； (2) 外形尺寸（长×宽×高）≥ 700mm×800mm×900mm； (3) 台面高度调节距离≥ 200mm； (4) 胸托架前后调节距离≥ 50mm； (5) 背托架前后调节距离≥ 150mm； (6) 膝部托架调节距离≥ 150mm； (7) 臀部垫额定承载≥ 100KG； (8) 绑带额定承载≥ 100KG； (9) 脚踏板额定承载≥ 200KG； (10) 台面高度、胸托和背托前后可调，方便不同身高和体型的人群使用； (11) 受训者双臂可放在台面上，训练的同时可进行书写阅读等活动； (12) 适用于行动障碍患者的辅助站立，进行康复训练； (13) 主要采用优质型钢、高密度海绵，皮革、三聚氰胺板等。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：前臂支撑台式助行器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	(1) 尺寸: 长$\geq 50\text{cm}$, 宽$\geq 50\text{cm}$, 扶手高度: 110-120cm, 折叠后尺寸: $\leq \text{长}60*\text{宽}10*\text{高}73\text{cm}$, 承重$\geq 100\text{KG}$, 净重$\leq 5\text{KG}$, 配有一个座板; (2) 以GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法第1部分: 框式助行架》和GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法第2部分: 轮式助行架》国家标准作为设计生产执行标准; (3) 主架: 采用6061F高强度加粗铝合金材质, 管材直径为$\geq 25\text{mm}$, 管材壁厚为$\geq 1.2\text{mm}$, 表面采用阳极氧化处理雾面, 一键折叠式结构, 不占空间; (4) 脚管管材直径为$\geq 28\text{mm}$, 管材壁厚为$\geq 1.2\text{mm}$, 高度8档可调节, 前杆加宽加厚设计, 双臂拖支撑, 更好的保持身体的平衡性, 手部无力者使用更稳定; (4) 握把: 采用PV橡胶软质握把, 表面有花纹防滑性好, 手感舒适, 使用时间寿命长; (5) 轮子: 前轮为万向轮, 后轮为5寸定向轮, 省力更省心; (6) 肘拖: PU材料, 舒适度更好, 可拆卸, 可调为普通助行器, 手把部位设有及时刹车操作简单; (7) 助行器高度可调, 适合不同人群使用; (8) 使用方式: 固定式和交换式两用, 弹珠上下一键切换和折叠。
--	--

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二十四：框式助行器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 主架:采用轻质铝合金为主要材料, 表面氧化处理, 管材直径$\geq 25\text{mm}$, 管材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$; (2) 脚管:采用轻质铝合金为主要材料, 表面氧化处理, 管材直径$\geq 28\text{mm}$, 管材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$; (3) 把手:采用高密度泡沫塑料, 防滑、舒适; (4) 性能:手撑步进式可折叠结构, 高度可调, 配耐用优质橡胶防滑脚垫, 有弹性着地性能好, 表面摩擦系数高。

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二十五：放大镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 配置: 一大一小双镜片, 大镜片放大倍数≥ 3倍, 小镜片放大倍数≥ 28倍; (2) 配备LED灯; (3) 大镜片直径$\geq 75\text{mm}$, 小镜片直径$\geq 22\text{mm}$。

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二十六：定位器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 4G LTE +3G WCDMA+2G GSM全网通用; (2) 不少于800毫安电池, 不低于30W像素拍照; (3) GPS+北斗全球卫星定位+WIFI定位+LBS基站定位; (4) SOS报警、低电报警心率、血压、体温测量; (5) 吃药提醒、久坐提醒、运动计步、语音报时、电子围栏; (6) 内置Nano Sim卡, 包含三年流量; (7) 防水等级: IP67。

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二十七：床用桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 外形尺寸(长×宽×高): 950mm×450mm×(670mm~900mm); (2) 用于长期卧床者在床上用餐、作业训练等。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：电动护理床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 床架全长: 2080±10mm; (2) 床架全宽: 1030±10mm (床面净宽: 900±10mm); (3) 床面离地高度: 500mm±20mm (含床垫); (4) 靠背离地高度: 1000±20mm; (5) 床架材质: 钢材焊接骨架; (6) 床架表面: 静电喷塑; (7) 床垫厚度: 60±5mm; (8) 床垫长度: 1950±10mm; (9) 床垫宽度: 900±10mm; (10) 床垫材料: 40mm3E环保棕+20mm海绵; (11) 床垫外套: 防水布; (12) 护栏材质: 铝合金; (13) 护栏总长: 1200±10mm; (14) 护栏高度: 400±10mm; (15) 床头、床尾、床侧板, 采用实木材质, 床头床尾板与床侧板紧密连接, 提升床整体质感与美观; 床头、床尾、床侧板厚度≥30mm; (16) 床头软包: 皮革软包; (17) 背框和腿框调节方式: 电动调节; (18) 背板与水平面之间的夹角: 0~70°; (19) 小腿板与水平面之间的最大调节角度: ≥20°; (20) 安全载荷≥200kg; (21) 最大使用者质量: 135kg; (22) 脚轮: 4个5寸万向静音脚轮;
★	2	(23) 油漆: 环保油漆涂料, 油漆中的可溶性重金属含量按照GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》满足铅(Pb) ≤90mg/kg; 镉(Cd) ≤75mg/kg; 铬(Cr) ≤60mg/kg; 汞(Hg) ≤60mg/kg; (提供国家认监委认可的第三方检验检测机构的检测报告予以佐证)
	3	(24) 采用透气防水床垫; (25) 可折叠床板护栏; (26) 床面用10mm×20mm扁钢管焊接结构, 床架采用长60mm×宽30mm方管焊接而成, 坚固耐用; (27) 床头板增加海绵靠背, 提升使用舒适度。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：感觉综合训练类辅具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 外形尺寸(长×宽×高) ≥2100mm×1800mm×1800mm; (2) 适用于儿童进行平衡功能的训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：医用体位垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 外形尺寸(15°) ≥长600mm×宽510mm×高150mm; (2) 外形尺寸(20°) ≥长600mm×宽510mm×高200mm; (3) 外形尺寸(30°) ≥长600mm×宽510mm×高300mm; (4) 外形尺寸(45°) ≥长600mm×宽420mm×高420mm; (5) 适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：防滑浴垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 尺寸: ≥宽40cm×长78cm; (2) 环保pvc弹性树脂, 强力吸盘抓地更牢固。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：闪光门铃 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 产品组成: 发射器, 接收器, 支架, 锂电池, USB线, 充电器; (2) 发射器: 按键自发电, 无需充电, 方便使用, 发射器按下时, 发射器有蓝色光设计; (3) 发射器按下时, 接收器会提示所选择的音乐,并带彩色强闪光震动功能; (4) 不少于32首提示音乐选择, 可闪光提示, 音乐提示, 震动提示; (5) 铃音大小可调节; (6) 室内阻隔区域40米, 抗干扰; (7) 接收器使用锂电池蓄电, USB充电, 可以随身携带。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：盲用语音收音机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	(1) 执行标准: QB/T 4325-2012; (2) 产品组成: 听书收音一体机、充电线、挂绳; (3) 性能参数: 工作电压3.7v、喇叭功率4Ω 5W 、2200mAh蓄电量、数字屏显; (4) 材质: ABS外壳、硅胶按键; (5) 规格: 机身长≥90mm宽≥30mm高≥65mm, 显示屏宽≥35mm高≥25mm, 天线长69~165mm; (6) 一体成型盲文触点按键, 全程按键语音提示, 内置FM收音机、蓝牙音响、插卡音响、语音记事本、时钟功能, 高亮背光按键, 滚轮音量调节,电子书功能, 听书功能; (7) 收音机自动搜索电台, 99组电台频率记忆; (8) 蓝牙音响可连接手机, 播放音乐及接听电话; (9) 插卡音响快捷数字点歌, 支持9999个音乐或故事文件, 支持64G tf卡, 支持64G U盘; (10) 语音记事本最多支持999段语音记录, 单个语音记录最长20分钟。
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表三十四：震动闹钟 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 有两个闹钟(可选循环响闹); (2) 最大倒计时时间: 99小时59分59秒; (3) 语音响闹或振动响闹(1分钟响闹),响闹同时有LED红灯闪烁; (4) 此产品带有按键锁(相当于手机键盘锁); (5) 特大视窗, 清晰宽屏显示(字高17mm); (6) 特大按键, 操作方便; 款式新颖实用; (7) 产品尺寸≥长87 mm×宽78.3 mm×高23.8mm; (8) 显示窗尺寸≥长68 mm×宽35.8 mm。

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表三十五：护眼罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 规格（宽×长）：≥75mm×180mm; (2) 产品功能: 竹炭具有天然的远红外线温热效应, 能促进血液循环、新陈代谢、消除疲劳、安神、安眠, 本产品具有遮光、静心、养神、改善睡眠环境, 竹炭的远红外线效果能舒缓眼部神经及血管压力, 消除眼部疲劳, 利于眼睛保健, 吸附眼部汗气。

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表三十六：站立支撑平台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	(1) 尺寸：长≥60cm，宽≥80cm，高度：108-131cm，承重≥110kg，净重≤15kg； (2) 以GB/T 14728.3-2008《双臂操作助行器要求和试验方法第3部分：台式助行器》国家标准作为设计生产执行标准； (3) 主架：采用优质冷轧高碳钢，坚固不变形； (4) 扶手采用U型台面，PU+海绵材质，透气防滑，透气手柄，防汗舒适耐用，PU材质防护柔软坐垫； (5) 高度5档可调，适合不同身高者； (6) 轮子采用4英寸PVC万向轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七： 启智类辅具 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 主要由IC唤醒卡、专用软件、IC卡感应器、云端控制平台和加密狗组成； (2) IC唤醒卡：主要用于图像、视频、动画、声音等信息的存储，由水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡和DIY卡组成； (3) 提供水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡：采用日常生活中常见的水果、蔬菜、生活物品、动物作为卡片的主要内容，可用于物品认识、辨识、物品命名等方面的认知康复训练，此外， 互动游戏可提高学生的学习兴趣和增强对物品的再记忆； (4) 提供DIY卡：具有自定义卡片的图像、影音内容的功能，可选择日常生活中熟悉的物品、人物、地点或事件制作成图片或影像，将信息存储于DIY卡中，辅助进行学习、记忆、计算和语言等方面的认知康复训练； (5) 影音图像应用程序：包含认识、辨识、互动乐园和教师编辑四大模块。主要用于水果卡、蔬菜卡、生活物品卡和动物卡的影音图像的同步呈现；包括文字、拼音、音频、视频、图片等内容，提供DIY卡的照相、录影、录音、文件命名以及影音图像的播放等功能；软件的UI界面简洁、美观，以训练内容的呈现为主，减少无关干扰； (6) IC卡感应器：主要用于水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡、DIY卡的读写，每张卡均有对应的图像、视频、动画、声音等信息，将卡片放到感应区时即可通过影音图像应用程序同步播放卡片内容；
★	2	(7) 登陆云端控制平台：可对IC唤醒卡的文字、拼音、音频、视频、图片进行云端远程上传和修改；（提供国家认监委认可的第三方检验检测机构的检测报告予以佐证）
	3	(8) 认识模块：点击认知模块，将IC唤醒卡放在IC卡感应器上，系统界面会呈现出当前所刷卡的文字、拼音、音频、视频、图片内容；
★	4	(9) 辨识模块：点击辨识模块，根据呈现的图片选择相应的IC唤醒卡放在IC感应器上感应，系统界面会呈现正确或错误的动画表情；（提供国家认监委认可的第三方检验检测机构的检测报告予以佐证）
	5	(10) 互动乐园模块：点击互动乐园模块，将IC唤醒卡放在IC卡感应器上，系统界面会呈现对应IC唤醒卡的动画内容； (11) 教师编辑模块：点击教师编辑模块，选择IC唤醒卡，可对其文字、拼音、音频、视频、图片进行修改。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八： 穿衣、系扣辅助器具 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	(1) 包含穿衣辅具、系扣辅具； (2) 穿衣辅具：具有穿衣、穿鞋、脱鞋、脱袜、取物的功能； (3) 穿衣辅具长$\geq 60\text{cm}$，宽$\geq 10\text{cm}$，直径$\geq 3\text{cm}$，重量$\leq 140\text{g}$； (4) 系扣辅助器可以让系扣、解扣、拉拉链变得更加容易，方便，省力； (5) 系扣辅具长$\geq 18\text{cm}$，高度$\geq 2\text{cm}$，宽度$\geq 3\text{cm}$。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：穿鞋、穿袜辅助器具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 独到的三指设计，灵活性强，可轻易地将袜子套入穿袜器； (2) 呈凹槽状的尼龙内里，可轻松的将脚放入凹槽； (3) 透过两端长达32寸的拉绳，把手可方便将袜子接起，弯腰有困难者可轻易自行穿袜； (4) 穿袜器外裹的包巾布可保护袜子，适用任何尺寸的袜子； (5) 表层蓝色尼龙，柔软光滑，便于脚底顺利进入袜里，底层厚绒布有效防止袜子滑落； (6) 牵引带长度$\geq 65\text{cm}$； (7) 重量$\leq 88\text{g}$。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：语音及言语训练辅助器具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 本用具包括呼吸训练卡片册、发声训练卡片册、共鸣训练卡片册、使用说明手册等； (2) 言语训练卡片，涵盖呼吸、发声、共鸣等训练内容，卡片册含有提问、提示、知识点等内容；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：图标和符号训练辅助器具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 由计时器、图片磁卡组成； (2) 外形尺寸（长$\times$宽$\times$高）$\geq 160\text{mm} \times 93\text{mm} \times 33\text{mm}$； (3) 用于特殊儿童时间概念和计划安排的教学、训练，也可作为普通儿童生活规范和行为习惯的培养、塑造； (4) 三种模式的时间设定：LED灯光显示标志时间轴，帮助儿童直观地认识时间概念，理解及计划生活日程； (5) 在进行计划任务和时间安排时，将生活图卡（任务图卡）插到智能型计时器上用于提示某个时间段的任务和要求； (6) 符号化的磁式图卡：简洁、形象的黑白图形符号卡片，帮助儿童建立时间-事件关联和动作、活动程序，培养儿童良好的生活规范和行为习惯； (7) 智能型计时器的卡片安装简单方便，卡片带有磁吸功能，通过磁吸功能直接安装在版面上的强磁卡槽里； (8) 智能型PIC计时器为便携式产品，方便随身带，时刻注意时间的流逝和任务时间的联系，及时的规范日常生活。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：逻辑行为能力训练辅助器具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	(1) 外形尺寸(长×宽×高)≥410mm×100mm×410mm; (2) 滚珠配置:(白色≥20个)、(黑色≥20个)、(蓝色≥9个)、(紫色≥9个)、(红色≥8个)、(黄色≥7个); (3) 提高手指的灵活度及协调一致性。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：认知益智辅助器具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 外形尺寸(长×宽×高)≥300mm×300mm×300mm; (2) 配三角形、正方形、长方形、圆柱形各5个; (3) 适用于儿童进行认知功能的训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：启智类辅助器具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 外形尺寸(长×宽×高)≥500mm×370mm×360mm; (2) 木制配件≥8种,每种≥5件; (3) 橡皮泥≥1套; (4) 认知拼装积木≥1套; (5) 认知拼装图片≥4张/套; (6) 儿童图形认知组件≥5盒/套; (7) 适用于儿童进行认知功能训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五：社会行为训练辅助器具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 本套卡片以日常行为的动作连续性或生活事件的时间连续性为轴线,按先后顺序将日常动作或生活事件分解为多个步骤,包括生活自理篇、生活事物篇、社交主题篇章,每篇12个单元,共计36个单元的生活连续卡片,用于培养特殊需要儿童的基本生活自理能力,促进早期交往技能的形成; (2) 生活自理篇,提供刷牙、洗脸、喝水、穿衣服、穿鞋子、穿袜子等12个单元的生活连续卡片,通过各种日常生活自理活动的示范训练,培养特殊需要儿童基本的生活自理能力,形成良好的生活习惯; (3) 生活事物篇,提供收拾书包、打扫房间、整理衣服、乘坐交通工具、接听电话、开冰箱等2个单元的生活连续卡片,通过各种日常生活事物或活动的示范教学,帮助特殊需要儿童熟悉日常生活中最常接触的事物和活动,形成良好的生活规范和学习独立的态度; (4) 社交主题篇,提供礼貌用语、礼貌行为、助人为乐、快乐分享、分工合作、关怀他人等12个单元的生活连续卡片,通过不同情景中正面行为的示范教学,帮助行为障碍儿童加深对日常生活情景的认识,引导他们塑造良好行为和习惯,从而提高社交能力;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：玩教辅助器具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	(1) 点读笔: 1支; (2) 学习册: 1本 (不少于22页, 264张图卡); (3) 提问册: 1本 (不少于22页, 264张图卡); (4) 主题册: 1本 (不少于14页, 168张图卡); (5) 自定义册: 1本 (不少于13页, 156张图卡); (6) 点读笔数据线: 1条; (7) 内存容量$\geq 4\text{GB}$; (8) 外放喇叭$\geq 4\Omega$, 1w; (9) 内置锂电池: 3.7V, 300mAh; (10) USB充电电源: DC5V, 600mA; (11) 数据传输接口: USB2.0接口; (12) 外形尺寸 (长$\times$宽$\times$高): $\geq 126\text{ mm}\times 31\text{ mm}\times 20\text{ mm}$; (13) 重量: 约56.6g; (14) 支持系统: Win2000、Win XP、Vista; (15) 由点读笔、学习册、提问册、主题册和自定义册组成, 主要用于儿童言语语言和沟通交流方面的教学与训练;
★	2	(16) 学习册: 包括物品、动物、人物和事件四大模块静电贴, 可对静电贴进行点读、录音、播放; (提供国家认监委认可的第三方检验检测机构的检测报告予以佐证)
	3	(17) 提问册: 配合学习册使用, 针对学习册中的词语、词组、句子3个方面内容进行点读提问、录音、播放等, 可进行同类对比训练、相似语音识别对比训练、相似语义识别对比训练、相同特征不同属性的对比训练等, 主要用于指导特殊儿童学习日常生活常见的、常用的物品特征、属性以及生活事件, 发展有效沟通表达能力等; (18) 主题册: 以日常生活中常见的物品作为主要的训练内容, 包括厨具餐具、动感蔬果、服装店、家禽家畜、家用电器、交通工具、人体部位、人物称呼、生活动词、生活用品、食品店、水果之家、学习办公、野生动物等14个主题, 主要用于指导特殊儿童学习日常生活中常见的物品, 认识和积累常用词汇;
★	4	(19) 自定义图册: 可自定义图卡内容, 使用点读笔对空白的静电贴进行录制、点读、播放等。 (提供国家认监委认可的第三方检验检测机构的检测报告予以佐证)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七: 技能训练辅助器具 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 自选组件训练套件 (长$\times$宽$\times$高) $\geq 400\text{ mm}\times 200\text{ mm}\times 33\text{ mm}$; (2) 插座、开关训练套件 (长$\times$宽$\times$高) $\geq 400\text{ mm}\times 200\text{ mm}\times 100\text{ mm}$; (3) 手部抓握、旋转训练套件 (长$\times$宽$\times$高) $\geq 400\text{ mm}\times 200\text{ mm}\times 170\text{ mm}$; (4) 开关瓶盖、阀门训练套件 (长$\times$宽$\times$高) $\geq 400\text{ mm}\times 200\text{ mm}\times 100\text{ mm}$; (5) 手肌力耐力训练; (6) 指间关节活动度训练; (7) 手眼协调训练; (8) 抓握功能训练: 旋转杆 (柱状抓握训练)、开/关阀门 (球状抓握训练); (9) 捏力功能训练: 如扣纽扣、拉拉链、绑鞋带。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八: 语言及言语训练辅助器具 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	(1) 本套用具主要包括语言理解能力(词语、词组、句子、短文)训练卡片册和记录词表、词语的简单训练卡片册、语法的简单训练卡片册、句子的简单训练卡片册、会话的简单训练卡片册、语言理解能力训练记录词表、会话的简单训练卡片册和使用手册、奖励贴纸、卡通棋子、教具骰子、使用说明和配套光盘等; (2) 进行相应的词语、语法、会话和句子等的简单训练; (3) 词语: 用于名词、动词和形容词等词语理解能力训练内容; (4) 词组: 用于主谓、动宾、并列、偏正和介宾等词组理解能力训练内容; (5) 句子: 用于是字句、把字句、被字句和存现句等句子理解能力训练内容; (6) 短文: 用于短文理解能力训练内容; (7) 词语的简单训练: 包括认识人体部位、日常用品、衣物、食物、水果、动物等常用名词的简单训练; (8) 语法的简单训练: 包括定-主-谓-定-宾、位置关系、主-谓-定-宾、定-主-谓-宾和介词五种语法的简单训练; (9) 句子的简单训练: 包括是字句、把字句、被字句和存现句的简单训练; (10) 会话的简单训练: 主要包括20个主题式互动训练游戏, 游戏设置简单有趣, 寓教于乐, 在互动游戏的同时不断提高儿童的词汇量。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四十九：小腿假肢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、钛合金方锥阳四爪 1、材质：钛合金； 2、重量：50g±5g； 3、结构高度：15mm±2mm； 4、最大承重：≥100kg； 5、机加工，表面抛光处理，外表光洁，无麻点； 6、产品符合国家或国际检测标准。
	2	二、钛合金锁紧管接头 1、材质：钛合金； 2、重量：76g±5g； 3、结构高度：15mm±2mm； 4、最大承重：≥100kg； 5、机加工，表面抛光处理，外表光洁，无麻点； 6、产品符合国家或国际检测标准。
	3	三、钛合金小腿一体管 1、材质：管体为铝合金材质，管接头为钛合金材质；管体与管接头两者连接牢固，无松动； 2、管径≥30mm，管壁厚≥2mm，结构高度155mm±55mm； 3、重量：168g±10g； 4、最大承重：≥100kg； 5、机加工，表面抛光处理，外表光洁，无麻点； 6、产品符合国家或国际检测标准。

	4	四、碳纤脚 1、关键特征： 1.1 低结构高度适用范围更广，尤其适合小腿长残肢用户； 1.2 仿生学足弓和跖趾关节设计使得碳纤脚板具有更佳的储能效果和更流畅的滚动效果； 1.3 动态足跟设计优化了能量储存和返还，具有更加优秀的储能效果； 1.4 一体化全长碳纤前足力臂在支撑末期提供更好的支撑效果和能量返还，增加步态对称性并减少对健侧膝关节的伤害； 1.5 较宽的前足设计提供更好的稳定性； 1.6 假脚前2/3部分无螺丝连接，有效消除了结构薄弱区和滚动停滞点，滚动更加流畅且有效延长使用寿命； 1.7 常用尺寸脚板可选择窄款脚套，可适配更多鞋款； 2、技术数据： 2.1 材质：脚板为碳纤材料，近端连接件为不锈钢材质； 2.2 脚板与脚套可分离，产品包含脚套和消音袜，脚套材料为优质聚氨酯，脚套配备防尘盖板； 2.3 规格：22-28cm； 2.4 结构高度：75mm±5mm； 2.5 重量：500g±30g； 2.6 最大承重：≥125kg； 2.7 活动级别：1-3； 2.8 硬度级别：1-6； 2.9 有效跟高：≥10mm。
	5	五、小腿外包装 颜色为肤色，高强度，防水，成品（无需打磨），软质聚氨酯泡沫塑料制成，牢固耐用， 独立包装、防潮防腐。
	6	六、包装袜 颜色为肤色，材质由锦纶、氨纶组成，弹性大，柔软不易脱丝，脚尖到袜筒长度50cm±2cm。
	7	七、配套件 根据不同情况需要配置相关零部件。
	8	八、接受腔 1、采用丙烯酸树脂抽真空成型； 2、树脂接受腔：残肢的整体外表面与接受腔内壁紧密接触，接受腔内面与残肢之间无缝隙； 3、颜色：肤色； 4、柔性内衬套： （1）用于制作假肢内衬套的预成型热塑成筒； （2）真空成型后与阳型形状完全一致； （3）无焊接、无胶水、无接缝； （4）使用寿命长、卫生、舒适； （5）提供8种不同尺寸规格； 5、辅料：硬树脂、软树脂、固化剂、颜色糊、快干胶、小腿取型袜、涤纶纱套、玻纤纱套、碳纤维套、成品PVA薄膜、发泡剂A、发泡剂B、多功能原子灰、石膏绷带、纯棉残肢袜套、螺纹紧固胶、快速干燥粘合剂、氯丁胶、医用胶带等。
★	9	需要取型定制。

★	10	需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期内提供上门售后服务。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十：大腿假肢 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、多轴气压膝关节 1、关节为多轴几何锁结构，能够保证站立期足跟着地稳定性（几何结构锁定），确保用户站立时安全舒适，脚掌撑地时确保解锁，在坐位时减少对外包装装饰海绵的牵拉力； 2、气压控制，屈伸阻尼可独立调整； 3、所有轴承均为滚针轴承，摆动流畅平滑，提高关节的使用寿命； 4、材质：铝镁合金； 5、适合活动量：2-3； 6、最大承重：≥125kg； 7、结构高度：158mm±10mm； 8、屈曲角度：≥150°； 9、重量：875g±30g。
	2	二、钛合金可旋阴三爪 1、材质：钛合金； 2、重量：129g±10g； 3、结构高度：23mm±2mm； 4、最大承重：≥100kg； 5、表面抛光处理，外表光洁，无麻点； 6、产品符合国家或国际检测标准。
	3	三、钛合金大腿一体管 1、材质：管体为铝合金材质，管接头为钛合金材质；管体与管接头两者连接牢固，无松动； 2、管径≥30mm，管壁厚≥2mm，结构高度2550mm±155mm； 3、重量：275g±20g； 4、最大承重：≥100kg； 5、机加工，表面抛光处理，外表光洁，无麻点； 6、产品符合国家或国际检测标准。

	4	四、碳纤脚 1、关键特征： 1.1 低结构高度适用范围更广，尤其适合小腿长残肢用户； 1.2 仿生学足弓和跖趾关节设计使得碳纤脚板具有更佳的储能效果和更流畅的滚动效果； 1.3 动态足跟设计优化了能量储存和返还，具有更加优秀的储能效果； 1.4 一体化全长碳纤前足力臂在支撑末期提供更好的支撑效果和能量返还，增加步态对称性并减少对健侧膝关节的伤害； 1.5 较宽的前足设计提供更好的稳定性； 1.6 假脚前2/3部分无螺丝连接，有效消除了结构薄弱区和滚动停滞点，滚动更加流畅且有效延长使用寿命； 1.7 常用尺寸脚板可选择窄款脚套，可适配更多鞋款； 2、技术数据： 2.1 材质：脚板为碳纤材料，近端连接件为不锈钢材质； 2.2 脚板与脚套可分离，产品包含脚套和消音袜，脚套材料为优质聚氨酯，脚套配备防尘盖板； 2.3 规格：22-28cm； 2.4 结构高度：75mm±5mm； 2.5 重量：500g±30g； 2.6 最大承重：≥125kg； 2.7 活动级别：1-3； 2.8 硬度级别：1-6； 2.9 有效跟高：≥10mm。
	5	五、大腿外包装 颜色为肤色，高强度，防水，成品（无需打磨），软质聚胺酯泡沫塑料制成，牢固耐用，独立包装、防潮防腐。
	6	六、包装袜 颜色为肤色，材质由锦纶、氨纶组成，弹性大，柔软不易脱丝，脚尖到袜筒长度80cm±2cm。
	7	七、配套件 根据不同情况需要配置相关零部件。

	8	八、接受腔 1、采用丙烯酸树脂抽真空成型； 2、树脂接受腔：接受腔尽量全接触； 3、颜色：肤色； 4、柔性内衬套： （1）用于制作假肢内衬套的预成型热塑成筒； （2）真空成型后与阳型形状完全一致； （3）无焊接、无胶水、无接缝； （4）使用寿命长、卫生、舒适； （5）提供8种不同尺寸规格； 5、气阀三件套：气阀弯管为ABS工程塑料，阀块为橡胶材料，气阀要求密闭性好，不漏气； 6、大腿吊带：分左右，尺寸4种以上规格； 7、辅料：硬树脂、软树脂、固化剂、颜色糊、快干胶、大腿取型袜（双腿裤型）、涤纶纱套、玻纤纱套、碳纤维套、成品PVA薄膜、发泡剂A、发泡剂B、多功能原子灰、易拉宝、石膏绷带、纯棉残肢袜套、螺纹紧固胶、快速干燥粘合剂、氯丁胶、医用胶带等。
★	9	需要取型定制。
★	10	需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期内提供上门售后服务。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一：前臂假肢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、技术指标 1、手头张开距离85mm±3mm； 2、手指捏力5N±0.5N； 3、腕关节直径Φ45mm±2mm； 4、大拇指尖到腕关节底部的距离124mm±2mm； 5、大拇指可扳动打开。
	2	二、特点 1、手头骨架采用优质合金铝，表面采用阳极处理耐腐蚀； 2、手指头配有指套，手掌部分配有掌套，可起到保护手套作用，安全美观； 3、硅胶手套采用胶制作，外观逼真； 4、手头规格分为大中小以及儿童用。
	3	三、配套件 每套假肢配有硅胶手套一只以及安装使用的嵌件螺丝并根据不同情况配置相关零部件等。
	4	四、外包装手套 材质为聚酰胺织物，颜色为肤色，无跳丝、抽丝，弹性大。

	5	五、接受腔 1、采用丙烯酸树脂抽真空成型； 2、树脂接受腔：残肢的整体外表面与接受腔内壁紧密接触，接受腔内面与残肢之间无缝隙； 3、颜色：肤色； 4、辅料：硬树脂、软树脂、固化剂、颜色糊、快干胶、前臂取型袜、涤纶纱套、玻纤纱套、碳纤维套、成品PVA薄膜、发泡剂A、发泡剂B、多功能原子灰、石膏绷带、纯棉残肢袜套、螺纹紧固胶、快速干燥粘合剂、氯丁胶、医用胶带等。
★	6	需要取型定制。
★	7	需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期内提供上门售后服务。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十二：上臂假肢 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、美容手头： 1.手头张开距离89mm±3mm； 2.手指捏力5.5N±0.5N； 3.腕关节直径Φ45mm±2mm； 4.大拇指尖到腕关节底部的距离120mm±2mm； 5.大拇指可扳动打开； 6.手头重量135g±5g ； 7.手头骨架采用优质合金铝，表面采用阳极处理耐腐蚀； 8.手指头配有指套，手掌部分配有掌套，可起到保护手套作用，安全美观；
	2	二、被动壳式肘关节： 1.臂筒材质：ABS； 2.屈肘范围0-120°； 3.在屈肘位,能可靠自锁,且解锁灵活； 4.肘关节自锁力矩6N·m±0.2N·m； 5.旋转盘摩擦力矩0.8N·m±0.1N·m； 6.旋转盘旋转范围±360°； 7.重量(含ABS臂筒)350g±20g。
	3	三、硅胶手皮： 1.硅胶手套外观逼真； 2.手头规格分为男士、女士及左、右；
	4	四、配套件 根据不同情况需要配置相关零部件。
	5	五、上臂外包装 颜色为肤色，高强度，防水，海绵可自行根据要求进行打磨处理。
	6	六、外包装手套 材质为聚酰胺织物，颜色为肤色，无跳丝、抽丝，弹性大。
	7	七、上臂假肢吊带：分左右。

	8	八、接受腔 1、采用丙烯酸树脂抽真空成型； 2、树脂接受腔：残肢的整体外表面与接受腔内壁紧密接触，接受腔内面与残肢之间无缝隙； 3、颜色：肤色； 4、辅料：硬树脂、软树脂、固化剂、颜色糊、快干胶、上臂取型袜、涤纶纱套、玻纤纱套、碳纤维套、成品PVA薄膜、发泡剂A、发泡剂B、多功能原子灰、石膏绷带、纯棉残肢袜套、螺纹紧固胶、快速干燥粘合剂、氯丁胶、医用胶带等
★	9	需要取型定制。
★	10	需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期内提供上门售后服务。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三：矫形鞋 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、外观：整鞋面革均匀、色泽一致，无重针、跳针、断线、开胶等，鞋帮、鞋里、鞋底、鞋跟等部位无缺陷； 2、整鞋平稳：整鞋端正、平稳、对称； 3、后跟支撑强度：内翻角度应≤15°，外翻角度应≤15°； 4、耐折强度：折后不得出现帮面裂面，底墙、帮底、鞋底开胶≤70mm； 5、外底耐磨：≤10mm； 6、帮底剥离强度：≥45N/cm；
★	2	需要取型定制。
★	3	需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期内提供上门售后服务。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十四：髁膝踝足矫形器 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质：高分子聚丙烯（PP板材）； 2、板材颜色：白色； 3、板材耐热温度：180-200度 4、板材厚度3mm/4mm/5mm可根据需要选择； 5、膝铰链材质：合金钢或不锈钢； 6、配件：子母扣及粘带、金属环、内衬板、落环锁、矫形器髁关节、铜铆钉、铝铆钉等； 7、配套件：根据不同情况需要配置相关零部件或材料。
★	2	需要取型定制。
★	3	需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期内提供上门售后服务。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五：踝足矫形器 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、材质：高分子聚丙烯（PP板材）； 2、板材颜色：白色； 3、板材耐热温度：180-200度； 4、板材厚度3mm/4mm/5mm/可根据需要选择； 5、踝铰链材质：金属踝关节或牛筋踝关节； 6、配件：子母扣、粘带、金属环、内衬板等； 7、配套件：根据不同情况需要配置相关零部件或材料。
★	2	需要取型定制。
★	3	需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期内提供上门售后服务。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六：膝踝足矫形器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质：高分子聚丙烯（PP板材）； 2、板材颜色：白色； 3、板材耐热温度：180-200度； 4、板材厚度3mm/4mm/5mm可根据需要选择； 5、膝铰链材质：合金钢或不锈钢； 6、辅料：EVA内衬板； 7、配件：子母扣及粘带、金属环、内衬板、落环锁、铜铆钉、铝铆钉等； 8、配套件：根据不同情况需要配置相关零部件或材料。
★	2	需要取型定制。
★	3	需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期内提供上门售后服务。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（2024年度全市残疾人辅助器具采购项目）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（2024年度全市残疾人辅助器具采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

2024年度全市残疾人辅助器具采购项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

2024年度全市残疾人辅助器具采购项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 54.0 分 商务部分 16.0 分 报价得分 30.0 分	
	一般技术参数指标（非“★”项） (8.6分)	所有产品一般技术参数指标（非“★”项，以技术标准与要求附表中的序号计数，共 86 项），完全满足或优于招标文件要求的得基础分 8.6 分，每有一项不满足或负偏离扣 0.1 分，扣完为止。

技术部分	质量管理和保障措施 (10.0分)	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的项目质量管理和保障措施方案从（1）质量保证清单及标准（2）生产工艺水平及备品备件情况（3）质量管理组织机构（4）质量保证关键节点分析及措施（5）应急保障措施5个方面进行评审，每有一项最多得2分，本项最多得10分，不提供或提供内容不符合采购需求不得分。（提供内容不符合采购需求是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点做出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在逻辑错误或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	供货方案 (15.0分)	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的供货方案从（1）进度控制及工作程序（2）货物包装及运输计划（3）实施人员的配备（4）货物交接及查验具体方案（5）风险分析与解决方案5个方面进行评审，每有一项最多得3分，本项最多得15分，不提供或提供内容不符合采购需求不得分。（提供内容不符合采购需求是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点做出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在逻辑错误或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	现场适配服务 (5.4分)	根据投标单位提供的针对鄂尔多斯市地区残疾人假肢、矫形器、助听器等适配服务措施从（1）适配流程（2）专业的适配服务人员（3）使用指导3个方面进行评审，每有一项最多得1.8分，本项最多得5.4分，不提供或提供内容不符合采购需求不得分。（提供内容不符合采购需求是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点做出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在逻辑错误或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。
	售后服务方案 (15.0分)	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案从（1）售后内容及范围（2）专业的售后服务人员及服务热线（3）售后响应时间（4）售后问题处理办法和定期回访制度及方案（5）风险分析与解决方案5个方面进行评审，每有一项最多得3分，本项最多得15分，不提供或提供内容不符合采购需求不得分。（提供内容不符合采购需求是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点做出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在逻辑错误或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	业绩 (3.0分)	供应商需提供近三年(2021年1月至今)每有一项类似业绩得1.5分，最高得3分。(投标文件须附中标通知书或合同原件扫描件)
	认证证书 (3.0分)	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每有一项得1分，最高得3分，不提供不得分。(投标文件须附证书原件扫描件)

商务部分	服务人员专业证书 (8.0分)	1、供应商的本项目实施人员中每有一人具有假肢师职业资格证书的得1分（需提供证书原件扫描件），最多得2分； 2、供应商的本项目实施人员中每有一人具有助听器验配师资格证书的得1分（需提供证书原件扫描件），最多得2分； 3、供应商的本项目实施人员中每有一人具有矫形器师职业资格证书的得1分（需提供证书原件扫描件），最多得2分； 4、供应商的本项目实施人员中每有一人具有辅助技术工程师证书的得1分（需提供证书原件扫描件），最多得2分。
	项目档案 (2.0分)	1、在项目实施过程中，能为每一位残疾人建立档案（包含残疾人辅具发放申请表、审批表加盖公章及残疾证和身份证复印件等）并且在项目实施完成后所有档案装订成册的（需提供承诺书），得1分。 2、能对本次项目的实施过程进行视频、影像资料收集并且在项目结束后提供不少于5分钟的本项目专题视频的（需提供承诺书），得1分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)
投标文件

项目编号：
包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。