

残疾人康复及辅助器具采购

公开招标文件

采购单位名称：鄂托克前旗残疾人联合会

采购代理机构名称：鄂尔多斯市金言项目管理有限责任公司

项目编号：**ESZCQQS-G-H-240140**

2024年09月27日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

鄂尔多斯市金言项目管理有限责任公司受鄂托克前旗残疾人联合会委托，采用公开招标方式组织采购残疾人康复及辅助器具采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：残疾人康复及辅助器具采购

项目编号：ESZCQQS-G-H-240140

采购计划备案号：431[2024]02123

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	残疾人康复及辅助器具采购	81	详见招标文件	1,741,267.30

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（残疾人康复及辅助器具采购）：

1)（1）投标人须提供与所投产品相符的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，如投标人是生产企业还须提供《医疗器械生产许可证》，并在有效期内；（2）投标人须提供与投标产品相对应的医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内（不属于医疗器械的须提供书面声明）。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市金言项目管理有限责任公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇新区大街

联系人：纪瑞芬

联系电话： 0477-7625038

采购单位名称：鄂托克前旗残疾人联合会

地址： 鄂尔多斯市鄂托克前旗

联系人： 孙雨

联系电话： 15147146130

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包 1 （残疾人康复及辅助器具采购）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件 1 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： 400-0471-010 转 2 键
9	投标文件数量	（ 1 ）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （ 2 ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 0 份。 （ 3 ）纸质投标文件（正本） 0 份；纸质投标文件（副本） 0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包 1 ： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。 采购机构代理服务收费标准：按照内蒙古自治区工程建设协会印发的《内蒙古自治区建设工程招标代理服务费收费指导意见》（内工建协[2022]34号)文件的规定收取
15	投标保证金	残疾人康复及辅助器具采购：保证金人民币： 0.00 元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ CA ）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（残疾人康复及辅助器具采购）:总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指鄂托克前旗残疾人联合会。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市金言项目管理有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效

期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

残疾人康复及辅助器具采购

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。（提供相关资料或承诺，格式自拟）
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（提供相关资料或承诺，格式自拟）
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供相关资料或承诺，格式自拟）
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
资格要求	（1）投标人须提供与所投产品相符的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，如投标人是生产企业还须提供《医疗器械生产许可证》，并在有效期内；（2）投标人须提供与投标产品相对应的医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内（不属于医疗器械的须提供书面声明）。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

采购电动起立床、生物刺激反馈仪、盆底肌电刺激刺激治疗仪、低频脉冲电治疗仪、电动轮椅、电动折叠轻便轮 椅、耳背式助听器等残疾人康复及辅助器具，切实提升残疾人专业化康复服务能力与服务质量，普遍满足残疾人基本康复服务需求，确保年度残疾人精准康复服务辅助器具适配服务，并持续满足残疾人群体的获得感与幸福感。

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（残疾人康复及辅助器具采购）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	鄂托克前旗敖勒召其镇（采购人要求地点）
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，设备交付完成并通过验收后，根据财政拨款情况进行支付
验收要求	1期：按照国家、地方行业相关标准和规范要求，项目完成后供应商自检合格具备验收条件，采购人组织验收。
履约保证金	不收取
其他	质保期：1年

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元 ）	分项预算 总价（元 ）	面向对 象情况	所 属 行 业	招标技 术要求
1		物理治疗、康复及 体育治疗仪器设备	电动起立床	个	1. 0 0	19,748.20	19,748.20	否	工业	详见附表一
2		物理治疗、康复及 体育治疗仪器设备	生物刺激反馈仪	台	1. 0 0	80,000.00	80,000.00	否	工业	详见附表二
3	△	物理治疗、康复及 体育治疗仪器设备	盆底肌电刺激刺 激治疗仪	个	1. 0 0	128,000.0 0	128,000.0 0	否	工业	详见附表三
4		物理治疗、康复及 体育治疗仪器设备	低频脉冲电治疗 仪	个	2. 0 0	38,000.00	76,000.00	否	工业	详见附表四
5		物理治疗、康复及 体育治疗仪器设备	电动理疗推拿床	个	1. 0 0	21,700.00	21,700.00	否	工业	详见附表五

6		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	上下肢运动康复训练器	个	2.00	6,700.00	13,400.00	否	工业	详见附表六
7		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	动态干扰仪	个	2.00	51,190.00	102,380.00	否	工业	详见附表七
8		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	平衡双杠	个	1.00	3,275.00	3,275.00	否	工业	详见附表八
9		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	训练阶梯	个	1.00	5,284.30	5,284.30	否	工业	详见附表九
10		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	膝关节关节活动度治疗仪	个	1.00	9,999.00	9,999.00	否	工业	详见附表一十
11		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	肘关节关节活动度治疗仪	个	1.00	15,000.00	15,000.00	否	工业	详见附表一十一
12		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	作业治疗套件	个	1.00	2,640.00	2,640.00	否	工业	详见附表一十二
13		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	三维多功能牵引床(腰椎+颈椎)	个	1.00	46,633.00	46,633.00	否	工业	详见附表一十三
14		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	三维多功能牵引床(腰椎+颈椎)	个	1.00	46,633.00	46,633.00	否	工业	详见附表一十四
15		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	生物刺激反馈仪	个	1.00	80,000.00	80,000.00	否	工业	详见附表一十五
16		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	中频	个	1.00	10,000.00	10,000.00	否	工业	详见附表一十六
17		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	下肢康复训练器	个	1.00	6,500.00	6,500.00	否	工业	详见附表一十七
18		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	前臂和腕关节训练器	个	1.00	4,000.00	4,000.00	否	工业	详见附表一十八

19		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	手功能组合训练箱	个	1.00	1,980.00	1,980.00	否	工业	详见附表一十九
20		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	上肢推举训练器	个	1.00	3,800.00	3,800.00	否	工业	详见附表二十
21		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	角度尺	个	1.00	432.60	432.60	否	工业	详见附表二十一
22		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	助行器	个	1.00	541.50	541.50	否	工业	详见附表二十二
23		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	四角拐	个	1.00	78.00	78.00	否	工业	详见附表二十三
24		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	腋杖	个	1.00	280.00	280.00	否	工业	详见附表二十四
25		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	楔形垫	个	1.00	618.00	618.00	否	工业	详见附表二十五
26		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	可调式OT桌	个	1.00	1,980.00	1,980.00	否	工业	详见附表二十六
27		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	可调式砂磨板及附件	个	1.00	1,690.00	1,690.00	否	工业	详见附表二十七
28		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	姿势矫正镜	个	1.00	1,600.00	1,600.00	否	工业	详见附表二十八
29		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	系列砂袋（绑式）	个	1.00	968.70	968.70	否	工业	详见附表二十九
30		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	支撑器	个	1.00	564.20	564.20	否	工业	详见附表三十
31		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	PT凳	个	1.00	615.00	615.00	否	工业	详见附表三十一

32		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	PT训练床	个	1.00	1,835.00	1,835.00	否	工业	详见附表三十二
33		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	平衡杠及附件	个	1.00	5,889.00	5,889.00	否	工业	详见附表三十三
34		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	重锤式髋关节训练椅	个	1.00	2,860.20	2,860.20	否	工业	详见附表三十四
35		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	滚筒	个	1.00	556.00	556.00	否	工业	详见附表三十五
36		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	橡筋手指练习器	个	2.00	682.00	1,364.00	否	工业	详见附表三十六
37		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	四轮助行器（带刹、座）	个	1.00	3,236.50	3,236.50	否	工业	详见附表三十七
38		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	助行器（小）	个	1.00	362.50	362.50	否	工业	详见附表三十八
39		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	双人站立架	个	1.00	2,550.00	2,550.00	否	工业	详见附表三十九
40		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	OT组合训练车	个	1.00	11,800.00	11,800.00	否	工业	详见附表四十
41		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	套彩盘	个	1.00	723.40	723.40	否	工业	详见附表四十一
42		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	重锤式手指肌训练桌	个	1.00	1,756.20	1,756.20	否	工业	详见附表四十二
43		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	进口巴氏球	个	1.00	1,488.00	1,488.00	否	工业	详见附表四十三
44		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	肋木	个	1.00	2,480.00	2,480.00	否	工业	详见附表四十四

45		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	肩梯	个	1.00	900.00	900.00	否	工业	详见附表四十五
46		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	踝关节矫正板	个	1.00	276.00	276.00	否	工业	详见附表四十六
47		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	电动PT训练床	个	1.00	20,000.00	20,000.00	否	工业	详见附表四十七
48		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	训练用扶梯	个	1.00	5,500.00	5,500.00	否	工业	详见附表四十八
49		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	腕固定矫形器	个	1.00	2,220.00	2,220.00	否	工业	详见附表四十九
50		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	可调性肘关节矫形器	个	1.00	3,585.00	3,585.00	否	工业	详见附表五十
51		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	秒表	个	1.00	126.00	126.00	否	工业	详见附表五十一
52		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	坐式踝关节训练椅	个	1.00	2,890.00	2,890.00	否	工业	详见附表五十二
53		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	液压踏步器	个	1.00	2,000.00	2,000.00	否	工业	详见附表五十三
54		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	万象组	个	1.00	7,000.00	7,000.00	否	工业	详见附表五十四
55		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	组合软垫（皮）	个	2.00	1,000.00	2,000.00	否	工业	详见附表五十五
56		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	体操棒与抛接球	个	1.00	880.00	880.00	否	工业	详见附表五十六
57		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	进口羊角球	个	1.00	165.00	165.00	否	工业	详见附表五十七

58		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	成人电动起立床	个	1.00	19,748.50	19,748.50	否	工业	详见附表五十八
59		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	股四头肌训练椅	个	1.00	2,850.00	2,850.00	否	工业	详见附表五十九
60		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	电动跑步机	个	1.00	45,500.00	45,500.00	否	工业	详见附表六十
61		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	下肢功率自行车（卧式）	个	1.00	21,500.00	21,500.00	否	工业	详见附表六十一
62		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	下肢功率自行车（立式）	个	1.00	4,980.00	4,980.00	否	工业	详见附表六十二
63		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	简易上肢功能评估器	个	1.00	1,580.00	1,580.00	否	工业	详见附表六十三
64		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	皮脂厚度计	个	1.00	1,200.00	1,200.00	否	工业	详见附表六十四
65		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	关节活动测量表	个	1.00	388.00	388.00	否	工业	详见附表六十五
66		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	电子背力计	个	1.00	3,430.00	3,430.00	否	工业	详见附表六十六
67		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	万步计	个	1.00	120.00	120.00	否	工业	详见附表六十七
68		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	秒表（电子显示）	个	1.00	137.00	137.00	否	工业	详见附表六十八
69		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	握力计（指针）	个	1.00	313.50	313.50	否	工业	详见附表六十九
70		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	握力计（电子显示）	个	1.00	1,933.00	1,933.00	否	工业	详见附表七十

71		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	系列哑铃	个	1.00	1,600.00	1,600.00	否	工业	详见附表七十一
72		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	平衡触觉板	个	1.00	3,650.00	3,650.00	否	工业	详见附表七十二
73		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	单脚拐	个	1.00	120.00	120.00	否	工业	详见附表七十三
74		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	电动轮椅	个	15.00	5,000.00	75,000.00	否	工业	详见附表七十四
75		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	电动折叠轻便轮椅	个	25.00	7,500.00	187,500.00	否	工业	详见附表七十五
76	△	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	耳背式助听器（大功率）	个	30.00	4,200.00	126,000.00	否	工业	详见附表七十六
77		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	耳背式助听器（中功率）	个	40.00	1,765.00	70,600.00	否	工业	详见附表七十七
78		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	豪华轮椅	个	40.00	925.60	37,024.00	否	工业	详见附表七十八
79		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	护理床	个	30.00	2,177.00	65,310.00	否	工业	详见附表七十九
80	△	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	体外冲击波治疗仪	个	1.00	180,000.00	180,000.00	否	工业	详见附表八十
81		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	蜡疗机	个	1.00	120,000.00	120,000.00	否	工业	详见附表八十一

附表一： 电动起立床 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 手持控制器调节床体升降及角度; 2. 两个电机分别调节床板的倾斜度和高度; 3. 优质直线推杆, 质量稳定, 运动工作噪音: $\leq 65\text{dB}$; 4. 电源电压 $\text{AC}220\text{V}\pm 10\%$ 、电源频率 $50\text{Hz}\pm 2\%$; 5. 输入功率 240VA ; 6. 电机最大升降推力 10000N , 床体水平升降高度: $450\sim 800\text{mm}$, 允差 $\pm 50\text{mm}$; 7. 电机最大翻转推力 10000N , 起立倾角: $0\sim 85^\circ$; 8. 直立位扶手板高度调节范围: $850\sim 1500\text{mm}$, 允差 $\pm 50\text{mm}$; 9. 扶手板到床板的垂直距离: $0\sim 200\text{mm}$; 最大距离是允差 $\pm 40\text{mm}$; 10. 脚踏板背屈: $0^\circ\sim 25^\circ$ 、跖屈 $0^\circ\sim 30^\circ$, 允差 $\pm 5^\circ$; 11. 脚踏板内翻: $0^\circ\sim 40^\circ$ 、外翻 $0^\circ\sim 30^\circ$, 允差 $\pm 5^\circ$; 12. 床面尺寸: $1900*630\text{mm}$, 允差 $\pm 50\text{mm}$; 13. 床体尺寸: $2080\text{mm}\times 820\text{mm}\times 480\text{mm}$ 允差 $\pm 50\text{mm}$; 14. 床板安全工作载荷: $\geq 1700\text{N}$; 15. 升降架安全工作载荷: $\geq 2200\text{N}$
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：生物刺激反馈仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		(一) 硬件参数: 1. 独立4通道设备; 2. AD采样率: $\geq 8192\text{ Hz}$; 3. AD采样位数: ≥ 16 ; 4. 共模抑制比: 大于 100dB 。 5. 刺激强度: $0\sim 100\text{mA}$, 1mA 步长连续可调。误差: $1\text{mA}\sim 5\text{mA}$ 范围内不大于 $\pm 30\%$, $6\text{mA}\sim 100\text{mA}$ 范围内不大于 $\pm 15\%$ 。 6. 刺激频率: $0.5\sim 999\text{Hz}$, 1Hz 以上 1Hz 步长连续可调, 误差: 不大于 $\pm 5\%$ 。 7. 脉冲宽度: $10\mu\text{s}\sim 1000\mu\text{s}$, $10\mu\text{s}$ 步长连续可调, 误差: $10\mu\text{s}\sim 50\mu\text{s}$ 范围内不大于 $\pm 30\%$, $60\mu\text{s}\sim 1000\mu\text{s}$ 范围内不大于 $\pm 10\%$; 8. 上升下降时间: $0\sim 10\text{s}$, 刺激时间 $1\text{s}\sim 20\text{s}$ 可调, 休息时间 $0\text{s}\sim 20\text{s}$ 可调; 9. 内置放大器带宽: $20\text{Hz}\sim 500\text{Hz}(-3\text{dB})$; 10. 内置放大器测量范围: $1\sim 999\mu\text{V (r.m.s)}$; 11. 示值准确度: 误差不大于 $\pm 10\%$ 或 $\pm 2\mu\text{V}$; 12. 内置放大器最高分辨率: $\leq 2\mu\text{V(r.m.s)}$; 13. 内置放大器输入噪声: $< 1\mu\text{V (r.m.s)}$; 14. 刺激波形: 双相平衡波; 15. 彩色液晶触摸屏; 16. 物理调节: 外置电流调节旋钮。 (二) 软件参数:

1	1. 内置嵌入式软件：具有功能康复、基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案； 2. 内置多种治疗方案，包括：垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛、儿童及盆底等方案，可自定义治疗方案； 3. 具有神经肌肉电刺激功能（Neuromuscular Electrical Stimulation, NMES）； 4. 具有肌电触发电刺激功能（EMG Trigger Stim,ETS）；强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能，可同时使用四通道； 5. 具有对侧控制型功能电刺激功能（CCFES）：CCFES以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢；促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心，可同时使用四通道； 6. 神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，随时开始； 7. 具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案； 8. 可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数； 9. 同步功能:用同步线连接两台主机，可以进行同步方案治疗。 10. 提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义； 11. 具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出，包括常规表面肌电方案、吞咽评估方案、下背痛评估方案、儿童脑瘫四项评估方案等； 12. 具备多媒体生物反馈训练功能，5大类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表三：盆底肌电刺激刺激治疗仪 是否允许进口：否	
参数性质	序号 具体技术(参数)要求

	1	1. 独立双通道表面肌电采集； 2. ▲液晶显示屏≥21.5 寸，满足患者治疗时远距离接受视觉反馈的需求； 3. ▲独立双屏显示模式，满足医患双方个性化观察指标的要求； 4. ▲AD 采样率： ≥8192Hz； 5. AD 采样位数： ≥16位； 6. ▲刺激频率： 0.5Hz~999Hz； 7. ▲脉冲宽度： 10μs~1000μs； 8. 输出电流： 0-100 mA； 9. 肌电测量范围： 1μV~999μV（r.m.s）； 10. 主机带有功能地接口设计； 11. 标配音响和头戴式耳机双声音反馈模式，满足不同临床环境下治疗的舒适性和私密性需求； 软件功能： 1.标配多种评估和筛查模式，满足不同临床需求。在评估正式开始可进行预览及盆底肌收缩放松训练。评估方法有一分钟评估，三分钟评估和具有国际通用标准的 Glazer 评估； 2.神经肌肉电刺激， 内置多种不同的盆底治疗方案，且可自定义设定不同的参数，包括频率、波宽、电流通断比时间； 3.具有肌电触发电刺激模式， 可自动和手动设定阈值， 也可自定义设定不同的参数； 4.具有多媒体生物反馈训练，通过音乐和动画反馈进行肌力训练； 5.标准的、进阶式 Kegel 训练方案：针对不同盆底功能障碍程度的患者选择针对性的训练。 6.具有放松训练，运用声音、图像、动画等方式指导患者进行肌肉放松能力的训练； 7.具有控尿反射： 运用模板曲线的方式来指导患者收缩或放松肌肉的训练； 8.游戏训练： 通过多种趣味性的游戏对盆底肌肉的肌力、耐力和精准性训练； 9.具备处方治疗模式，此模式下，可预置 Kegel 训练及生物反馈训练等相关治疗步骤程序，一键无间断完成整个治疗过程； 10.注册界面可记录患者基本信息，可记录患者病史采集，具有病员管理功能，实现病历添加、修改、删除、查询、导入、导出等操作； 11.全程语音指导，便于患者理解正确的收缩放松肌肉，实现准确评估和有效治疗，减少不必要的医护人员干预，减轻工作负担； 12.信息管理功能，可对数据进行查看、修改、查找、打印等操作，可进行工作量统计，便于后期数据分析。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四：低频脉冲电治疗仪 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1.采用微电脑控制，彩色触摸屏加旋钮控制，操作方便精准。 2.具有24路或以上输出，正极12路或以上输出，负极12路或以上输出，可进行多穴位整体平衡治疗。 3.具有输出强度微调旋钮，精准调节各穴位输出强度。 4.输出通道具标识，区分正负极，操作便捷。 5.配有工作指示灯，实时显示仪器工作状态及幅度值强弱程度，了解治疗状态。 6.使用电源：220V±22V、50Hz±1Hz 7.仪器额定输入功率：100VA 8.三种步进调节选择：1V、20V、50V 9.最大输出幅度值：5500V 10.脉宽范围：0.4~0.8ms，0.4~0.8ms，0.4~1.6ms；0.4~2.2ms 11.治疗频率：0.5~60Hz 12.四种模式选择：头面、四肢、躯干、截瘫 13.三种输出极性选择：正极、负极、交替
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：电动理疗推拿床 是否允许进口：否

附表五：电疗设备技术参数一览表		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 产品结构：3折3段；（3折：头板、背板、臀腿板；3段：头板分段、背板分段、臀腿板分段）； 2. 额定电压：AC220V±10%，电源频率：50Hz±2%； 3. 功率：360VA； 4. 治疗床升降范围：450-800mm，允差±50mm； 5. 床体安全工作载荷：≥1700N； 6. 升降架安全工作载荷：≥2200N； 7. 床板水平上升速度为≥15mm/s,水平下降速度为≥17.5mm/s，允差±2mm/s； 8. 各段位调节角度(允差±5°): 8.1头板手动调节范围：上折≥30°，下折≥50°； 8.2背板电动调节范围：上折≥55°，下折≥10°； 8.3臀腿板电动调节范围：上折≥45°，下折≥20°；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：上下肢运动康复训练器 是否允许进口：否

附表六：坐式健身器械采购需求一览表		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	改善下肢关节活动度及肌力训练 1.扶手高度≥103cm；扶手高度≥114cm；2.坐垫高度≥66cm；3.坐垫前后调节范围0~23cm；4.额定承载质量≥135kg。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：动态干扰仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1.柜式一体机，彩色触摸屏幕操控。 2.具有三组负压电极输出，三组针插式电极输出。 3.工作频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz。 4.输出电流：≤50mA。 5.调制频率：0~150Hz。 6.调制方式：连续调制、间歇调制。 1) 间歇调制：采用间歇方波调制正弦波（载波），占空比为50%，允差±20%。 2) 连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波（载波），调幅度分为0、25%、50%、75%、100%五种，允差±5%。 7.差频频率：1~199Hz。 8.五种差频治疗模式：低差频模式（1-10Hz）、中差频模式（20-30Hz）、高差频模式（40-60Hz）、广差频模式（1-60Hz）、超广差频模式（1-100Hz）。 9.差频变化周期：具有自然节律、周期性变化两类变化形式。 1) 自然节律是指差频频率在差频治疗模式相应范围内随机变化。 2) 周期性差频变化分为15s、20s、25s、30s四种，允差±10%。 10.七种动态节律可选：4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒。 11.十种干扰输出模式： 双路（二维）输出时具有：普通模式、动态模式、调制模式、对极模式、程序模式。 立体（三维）干扰输出时具有：三维立体模式、立体动态模式、立体调制模式、立体对极模式、程序模式。 12.顶盘加热功能：可单独开启及关闭，最高温度为40℃±3℃。 13.负压吸引功能：输出负压0kPa~30kPa连续可调。 14.治疗定时：1~99分钟连续可调，步长为1分钟。 15.系统自置17种或以上常见疾病的处方。 16.两种模式：自定义模式，处方模式。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：平衡双杠 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.高度调节范围70~100cm；2.宽度调节范围44~98cm；3.杠杆直径 $\phi 32 \sim \phi 38\text{mm}$ ；4.杠杆长度 $\geq 330\text{cm}$ ；5.杠杆静载荷不小于135kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：训练阶梯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.相邻台阶距离 $\geq 10\text{cm}$ ；2.扶手杠调节范围0~20cm；3.扶手杠侧向额定载荷 $\geq 70\text{kg}$ ；4.阶梯额定载荷 $\geq 135\text{kg}$ ；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：膝关节关节活动度治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1. 仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器组成； 2. 输入功率：≤80VA； 3. 角度范围：膝关节屈曲动作角度0～130°；髋关节屈曲动作角度0～70°；踝关节屈曲动作角度0～60°、内外翻动作角度为-27.5°-27.5°； 4. 角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调； 5. 最大角速度：≤1.4°/s； 6. 痉挛保护：大、中、小3个等级，分别为180N、150N、120N，误差范围为±20%； 7. 调节杆1的长度可调范围0～100mm，误差±10%。调节杆2可调范围为0～100mm，误差±10%； 8. 工作噪音：≤60dB； 9. 最大承重载荷：≥200N； 10. 治疗时间：1～240分钟，步长为1分钟，连续可调，误差±10%。； 11. 工作模式：正常模式、速度模式、角度模式。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：肘关节活动度治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、支架、调节杆、手持操作器组成； 2. 输入功率：≤80VA； 3. 角度范围：肘关节屈曲动作角度为0～135°； 4. 角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调； 5. 最大角速度：≤7°/s； 6. 痉挛保护：大、中、小3个等级，分别为100N、75N、50N，误差范围为±20%； 7. 调节杆的调节范围：0～150mm，误差±10%。支架可调范围为0～495mm，误差±10%； 8. 工作噪音：≤60dB； 9. 最大承重载荷：≥50N； 10. 治疗时间：1～240分钟，步长为1分钟，连续可调，误差±10%； 11. 工作模式：正常模式、速度模式、角度模式；
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：作业治疗套件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	功能：适用于改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性，还可用于手的感觉功能训练。 技术要求：尺寸为参考值 1.架子外形尺寸/cm：≥50×15×52（±2cm） 2.小平板外形尺寸/cm：≥30×30×11.5（±2cm） 3.大平板外形尺寸/cm：≥60×40×9（±2cm） 4.材质：实木
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三：三维多功能牵引床(腰椎+颈椎) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		1.电源：220V，50Hz。 2.额定输入功率：≥120VA。 3.腰椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。 4.主动牵引行程：0～200mm、对抗加力牵引行程：0～100mm，允差±10mm。 5.腰椎牵引力：0～990N范围内可调，级差10N。 6.牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s。 7.牵引时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s。 8.间歇时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s。 9.颈椎牵引力：0～300N范围内可调，级差10N。 10.颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。 11.成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°。 12.平摆动范围：±20°连续可调，允差±2°。 13.旋转动作范围：±25°连续可调，允差±2°。 14.腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃。 15.微电脑控制颈椎、腰椎牵引。 16.慢速牵引功能，牵引床腰椎牵引具有8种或以上牵引模式。 17.牵引力自动补偿功能。 18.20种或以上治疗方案存储并读取。 19.四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引。 20.多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）。 21.颈腰椎一体化牵引，可以针对不同的患者分别进行颈椎和腰椎牵引，节约了使用空间，降低了成本。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表一十四：三维多功能牵引床(腰椎+颈椎) 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1.电源：220V，50Hz。 2.额定输入功率：≥120VA。 3.腰椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。 4.主动牵引行程：0～200mm、对抗加力牵引行程：0～100mm，允差±10mm。 5.腰椎牵引力：0～990N范围内可调，级差10N。 6.牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s。 7.牵引时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s。 8.间歇时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s。 9.颈椎牵引力：0～300N范围内可调，级差10N。 10.颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。 11.成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°。 12.平摆动范围：±20°连续可调，允差±2°。 13.旋转动作范围：±25°连续可调，允差±2°。 14.腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃。 15.微电脑控制颈椎、腰椎牵引。 16.慢速牵引功能，牵引床腰椎牵引具有8种或以上牵引模式。 17.牵引力自动补偿功能。 18.20种或以上治疗方案存储并读取。 19.四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引。 20.多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）。 21.颈腰椎一体化牵引，可以针对不同的患者分别进行颈椎和腰椎牵引，节约了使用空间，降低了成本。
--	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十五：生物刺激反馈仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		（一）硬件参数： 1. 独立4通道设备； 2. AD采样率：≥8192 Hz； 3. AD采样位数：≥16； 4. 共模抑制比：大于100dB。 5. 刺激强度：0-100mA，1mA步长连续可调。误差：1mA～5mA范围内不大于±30%，6mA～100mA范围内不大于±15%。； 6. 刺激频率：0.5-999Hz，1Hz以上1Hz步长连续可调，误差：不大于±5%。 7. 脉冲宽度：10μs～1000μs，10μs步长连续可调，误差：10μs～50μs范围内不大于±30%，60μs～1000μs范围内不大于±10%； 8. 上升下降时间：0-10s，刺激时间1s～20s 可调，休息时间0s～20s 可调； 9. 内置放大器带宽：20Hz～500Hz(-3dB)； 10. 内置放大器测量范围：1-999μV（r.m.s）； 11. 示值准确度：误差不大于±10%或±2μV； 12. 内置放大器最高分辨率：≤2μV(r.m.s)； 13. 内置放大器输入噪声：<1μV（r.m.s）；

		14. 刺激波形：双相平衡波； 15. 彩色液晶触摸屏； 16. 物理调节：外置电流调节旋钮。 （二）软件参数： 1. 内置嵌入式软件：具有功能康复、基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案； 2. 内置多种治疗方案，包括：垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛、儿童及盆底等方案，可自定义治疗方案； 3. 具有神经肌肉电刺激功能（Neuromuscular Electrical Stimulation, NMES）； 4. 具有肌电触发电刺激功能（EMG Trigger Stim,ETS）；强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能，可同时使用四通道； 5. 具有对侧控制型功能电刺激功能（CCFES）：CCFES以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢；促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心，可同时使用四通道； 6. 神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，随时开始； 7. 具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案； 8. 可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数； 9. 同步功能:用同步线连接两台主机，可以进行同步方案治疗。 10. 提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义； 11. 具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出，包括常规表面肌电方案、吞咽评估方案、下背痛评估方案、儿童脑瘫四项评估方案等； 12. 具备多媒体生物反馈训练功能，5大类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十六：中频 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	1.产品结构形式：台面款式，轻巧便捷； 2.输出通道：四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗； 3.操控方式：≥7英寸真彩触摸屏； 4.内置不少于102种治疗处方，分5种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式）可选； 5.具有不少于4种平面干扰电输出模式（普通模式、动态模式、调制模式、对极模式）可选； 6.具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取； 7.输出电流强度：不超过50mA(r.m.s)。 8.输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%； 9.载波频率：载波频率1kHz~12kHz，允差±10%； 10.载波波形：脉冲波 11.载波脉宽：42μs~500μs，允差±10μs。 12.调制波频率：0~150Hz，允差±10%； 13.具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波 14.差频频率：0~200Hz，允差在±10%或±1Hz。 15.差频变化周期：15s~30s，允差±10%； 16.动态节律：4s~10s，允差±10%； 17.调幅度：0~100%，调幅度允差±5%； 18.治疗时间：1min~99min可调，步长1min，允差±5%。 19.连续工作时间：不少于4h； 20.噪声不大于45dB（A）； 21.具有电极加热功能：电极片温度38℃~42℃，分10档可调，允差±3℃； 22.具有四大保护功能： 1）超温保护：电极片温度超过45℃，热保护器动作，且有报警提示。 2）开路保护：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示； 3）短路保护：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示； 4）过流保护：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于50mA时，发出声音和显示错误提示。 23.具有参数锁定功能，满足临床个性化需求； 24.可选配WiFi模块，进行相关数据互联。 25.配置不小于50*50mm方形理疗电极、2种硅橡胶加热电极、1种硅橡胶圆形电极；可选配2种不同规格硅橡胶电极，满足临床多样化需求；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七：下肢康复训练器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	改善下肢关节活动度及肌力训练 1.扶手高度≥103cm,2.扶手高度≥114cm，3.坐垫高度≥66cm，4.坐垫前后调节范围0~23cm，5.额定承载质量≥135kg。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十八：前臂和腕关节训练器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	改善前臂旋转功能，也可以做胸部训练及肌力训练 参考规格(cm)：≥690*220*250cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：手功能组合训练箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	锻炼和提高手指灵活和协调性。1.规格：≥55×40×14cm2.参数：优质木料表面清漆整体是便携式手提木箱，箱子不高于14cm，内配不锈钢铁棍、木插棒、上螺丝、上螺母、ADL训练器具和玻璃球。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：上肢推举训练器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.结构形式：电子表、推块运动轨道、升降支架、固定支架、手柄、推块、底座板 2.材质：静电喷塑架、不锈钢管、镀烙件、海绵扶手 3.规格(cm)：≥81×50×(50～70) 4.推拉范围（cm）：≥36 5.底盘与底座板角度调节范围：≥30°～55° 6.用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：角度尺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm)：≥35×17×5cm 2.测量器具≥5个 3.测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：助行器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm)：≥55×48×80～95cm 2.额定承载质量≥135kg 3.大架铝合金，可折叠,高度可调节
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：四角拐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	最大垂直静压力≥50kg，四脚支撑，高强度铝合金管表面氧化
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：腋杖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.腋托最小长度 $\geq 19\text{cm}$ 2.腋托基准点宽度 $\geq 4\text{cm}$ 3.把手最小长度 $\geq 10\text{cm}$ 4.把手调节孔数 ≥ 4 5.每档调节高度 2.5cm 或者 3.5cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：楔形垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	关节活动、肌肉松弛训练；角度 $\geq 20^\circ$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：可调式OT桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心 2.升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄 3.材质：静电喷塑架、密度板 4.桌面升架范围mm：610~810 5.手柄转动力距mm： ≥ 10 6.桌面额定载荷mm： ≥ 50 7.桌面参考尺寸（长×宽）mm： $\geq 1200 \times 700$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：可调式砂磨板及附件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm)： $\geq 101 \times 80 \times 83-138\text{cm}$ 2.沙磨板面积（cm）： $\geq 93.5 \times 72.5$ 3.沙磨板厚度（cm）： ≥ 0.5 4.沙磨板角度调节范围 0~ 50° 5.附件品种和件数 4个品种，各1件 6.材质：木质、PVC沙磨板、静电喷塑架 0~ 50°
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：姿势矫正镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm)： $\geq 88 \times 66 \times 186\text{cm}$ 2.镜面玻璃厚度 $\geq 0.5\text{cm}$ 。架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：系列砂袋（绑式） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm): $\geq 65.5 \times 36 \times 73$ cm,; 2.沙袋重量(kg)及个数:(1kg2个)、(1.5kg2个)、(2kg2个)、(2.5kg2个)、(3kg2个)共10个
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：支撑器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm): $\geq 16 \times 15 \times 12$; ≥ 2 个 $16 \times 15 \times 15$; 2个 $16 \times 15 \times 17$; 2个 2.承重: ≥ 100 kg 3.材质: 静电喷塑钢板
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：PT凳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm): $\geq 58 \times 58.5 \times 40 \sim 50$ cm 2.用途: 治疗师座椅,高度可调。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：PT训练床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.结构型式: 床面、床架、垫子 2.材质: 静电喷塑架、凹凸革 3.参考规格(mm): $\geq 1910 \times 1210 \times 535$ 4.参考床面尺寸(长 $\times$ 宽)mm: $\geq 1900 \times 1220$ 5.额定载荷: ≥ 1700 N
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：平衡杠及附件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(长 $\times$ 宽 $\times$ 高)cm: $\geq 335 \times 85 \times 78 \sim 122$, 矫正板坡度 $\geq 15^\circ$ 2.结构型式: 杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 3.杠杆直径(cm): $\geq \Phi 3.8$ 4.杠杆宽度调节范围(cm): 44 $\sim$ 98
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：重锤式髋关节训练椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.结构型式：脚轮、下肢支架、小腿支架及绑带、绳索、座垫、配重块、靠背垫 2.材质：静电喷塑架、镀烙件、不锈钢、凹凸革 3.座位高cm：≥52 3.座位宽cm：≥52 4.下肢支架长度cm：≥72 5.下肢支架展角范围：0°～50° 6.配重块质量×块数：2kg×4 7.座位额定载荷kg：≥135 8.靠背垫额定载荷kg：≥70 9.参考规格(cm)：≥143×130×100cm 10.用于髋关节外展、内收肌训练
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：滚筒 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.用于脑瘫、偏瘫 等运动失调的患者进行平衡协调训练 2.直径:≥22CM，皮革材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：橡筋手指练习器 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm)：≥51×35×47 2.质量：≥6.0kg 3.搁手垫尺寸（长×宽）（cm）：≥51×30 4.橡筋框尺寸（长×宽）（cm）：≥46×35 5.材质：不锈钢架、凹凸革
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：四轮助行器（带刹、座） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm)：≥102×78×110～140 2.材质：橡胶手柄、静电喷塑架、凹凸革、橡胶脚轮 3.结构型式：刹车手柄、台面垫、靠背、坐垫、坐垫前后调节螺栓、坐垫上下调节杆、高低伸缩杆、手柄调节螺栓
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：助行器（小） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.外形尺寸（长×宽×高）/mm：≥500*450*500 2.手柄套中心线间的距离 /mm：≥380 3.最大回转直径 /mm：≥600 4.额定承载质量 /N：≥750用途：辅助代步工具。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：双人站立架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架 2.材质：木板、静电喷塑架、凹凸革 3.肘部垫宽度cm：≥40 4.肘部垫额定承载质量kg：≥80 5.臀部垫和绑带额定承载质量kg：≥135 6.参考规格(cm)：≥145×60×105 7.用于截瘫、脑瘫等站立功能有障碍的患者进行站立训练也可以预防骨质疏松，心肺功能降低等
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：OT组合训练车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm)：≥180×105×95 2.左右操作面板：（参考）≥44.5×36（长×宽）cm 3.后操作面板：（参考）≥94.5×36（长×宽）cm 4.操作面板调节范围：46cm～81cm 5.材质：多层板、橡胶脚轮、不锈钢组件：立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：套彩盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格：≥60×16×63cm 2.用途：训练患者手眼协调功能，增加感知认识 3.配三角木块、正方形木块、圆板木块各1个
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：重锤式手指肌训练桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm)：≥80×60×79cm,木制桌面，喷塑钢架； 2.重锤质量：100g、200g、300g、500g（四组） 3.用于手指屈伸肌抗阻肌力及改善指关节活动范围
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：进口巴氏球 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.大：规格(cm)：Φ85cm左右，质量：2.1kg左右； 2.中：规格(cm)：Φ75左右，质量：2.0kg左右；材质：加厚防爆。 3.小：规格(cm)：Φ65左右，质量：1.8kg左右；材质：加厚防爆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：肋木 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm)：：≥100×50×226cm； 2.额定载荷：≥135kg； 3.型钢，钢件表面喷塑； 4.肋木杠直径≥3.2cm； 5.肋木杠间距≥12cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五：肩梯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm)：≥55×10×116 2.结构型式：肩梯、固定支架、升降支架 3.材质：塑料、静电喷塑架 4.肩梯升降范围（cm）：0～26 5.垂直方向额定载荷(kg)：≥10
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：踝关节矫正板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm)：≥39.5×34×3～18cm，额定承载量≥135kg； 2.材质：钢材、不锈钢支撑杆，承重力强； 3.表面为型钢印花凹凸面防滑设计，可调角度范围15度、25度、30度、35度四档；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七：电动PT训练床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.结构型式：床面、床架、床垫、电机、遥控。 2.静电喷塑架，安全稳定。 3.PU面料内置高回弹海绵床面1块，内部高回弹海绵厚35mm一次性成型，固定在床架上。 4.医用慢速推杆电机1台，推力大，噪音低。推杆速度≥3mm/s。 5.电动推杆最大推力：≥8000N；最大拉力≥6000N。 6.电动推杆自锁力（推）：≥8000N；自锁力（拉）：≥6000N。 7.电动推杆行程：0～200mm。 8.电动推杆防护等级：IP54；认证标准：CE/UL。 9.限位开关：内置；过载保护：有。 10.控制方式：手柄点动控制。 11.输入功率≤100VA。 12.规格：≥1900×1190×540～790mm。 13.床面高度升降范围：540～790mm。 14.床面参考尺寸≥1900×1190mm。 15.安全工作载荷：≥2200 N。 16.配备紧急停止开关。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十八：训练用扶梯 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm)：≥337×83×135～160cm 2.相邻台阶距离≥10cm 3.扶手杠调节范围0～20cm。 4.扶手杠侧向额定载荷≥70kg 5.阶梯额定载荷≥135kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十九：腕固定矫形器 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	改善腕关节各个活动范围及抗组训练 1.参考规格(cm)：≥61×23×38cm； 2.手柄至转动轴距离调节范围0-80mm。 3.前臂垫移动距离范围0-80mm。 4.最大阻尼≥980N·cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十：可调性肘关节矫形器 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	用于持续性肘关节牵引，适用于肘关节屈伸有障碍的患者训练 1.座垫高度调节范围(mm)： 0～100 2.升降支架调节范围(mm)： 0～230 3.前臂垫调节范围(mm)： 0～320 4.角度调节支架调节角度范围： 0°～-25° 5.靠背垫角度调节范围： 90°～100° 6.前臂支架角度调节范围： 0°～150° 7.座垫额定载荷(kg)： ≥ 135 8.配重块质量(kg)： 2 9.配重块数量： ≥4块
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五十一：秒表 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材料：塑料 2.用途：各种运动及测评计时用 3备注：电池

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五十二：坐式踝关节训练椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.结构型式：脚踏板及绑带、座垫、手柄 2.材质：静电喷塑、不锈钢、橡胶踏板、橡胶垫、凹凸革 3.座位高度(cm)： ≥ 46 4.座位宽度(cm)： ≥ 47 5.座垫前后调节范围(cm)： 0～10 6.脚踏板角度调度范围： 0°～80° 7.额定载荷(kg)： 靠背垫： ≥ 70； 座位垫： ≥135 8.参考规格(cm)： 120×85×73cm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五十三：液压踏步器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm)： ≥82×75×110cm； 2.扶手杆宽≥66cm,扶手杆高≥100cm； 3.额定负载≥135kg； 4.油缸阻力≥12档可调； 5.线速度位≥5cm/s； 6.力值调节范围位： 200～1500N。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五十四：万象组 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.外形参考尺寸/cm: $\geq 71.5 \times 81 \times 15$ 2.内容组件: 半砖12块, 全砖8块, 平衡桥4片, 35cm体能环4个, 60cm体能环4个, 35cm体能棒16支, 70cm体能棒8支, 棒夹12个, 环夹12个, 豆袋10个, 彩色手脚印各6对, 使用指导手册1本。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五: 组合软垫(皮) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm): $\geq 200 \times 100 \times 5$ cm; 2.长度 ≥ 200 cm; 3.宽度 ≥ 100 cm; 4.厚度 ≥ 5 cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六: 体操棒与抛接球 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.参考规格(cm): $\geq 40 \times 40 \times 102$ 2.结构型式: 体操棒、抛接球、木架 3.材质: 木制 4.体操棒规格(cm): $\Phi 3 \times 100$ 5.体操棒数量: ≥ 5 个 6.抛接球直径(cm): ≥ 25 7.抛接球数量: 3个 8.操棒侧向可承受最大荷载(n): ≥ 100 改善上肢活动范围, 提高肢体协调控制及平衡能力
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十七: 进口羊角球 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.外形参考尺寸 / cm: $\Phi 46$; 2.材质: PVC塑胶, 防爆无毒;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十八: 成人电动起立床 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1. 手持控制器调节床体升降及角度； 2. 两个电机分别调节床板的倾斜度和高度； 3. 优质直线推杆，质量稳定，运动工作噪音：≤65dB； 4. 电源电压AC220V±10%、电源频率50Hz±2%； 5. 输入功率240VA； 6. 电机最大升降推力10000N，床体水平升降高度：450～800mm，允差±50mm； 7. 电机最大翻转推力10000N，起立倾角：0～85°； 8. 直立位扶手板高度调节范围：850～1500mm，允差±50mm； 9. 扶手板到床板的垂直距离：0～200mm；最大距离是允差±40mm； 10. 脚踏板背屈：0°～25°、跖屈0°～30°，允差±5°； 11. 脚踏板内翻：0°～40°、外翻0°～30°，允差±5°； 12. 床面参考尺寸：≥1900*630mm，允差±50mm； 13. 床体参考尺寸：≥2080mm×820mm×480mm 允差±50mm； 14. 床板安全工作载荷：≥1700N； 15. 升降架安全工作载荷：≥2200N
--	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五十九：股四头肌训练椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.结构型式：椅架、绑带、小腿垫、升降支架 2.扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块 3.材质：静电喷塑架、镀烙件、不锈钢、凹凸革 4.座垫高度（cm）：≥64 5.扶手宽度(cm): ≥66 6.升降支架调节范围(cm): 0～16 7.小腿垫调节范围（cm）：0～43 8.小腿支架摆动角度：≥120° 9.助力手柄调节范围（cm）：0～31 10.座位额定载荷(kg): ≥135 11.座位垫水平放置时额定载荷(kg): ≥55 12.配重块质量(kg): 2 13配重块数量：≥4块

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六十：电动跑步机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.面板： LED荧光5视窗显示电子表 2.显示功能：时间、距离、速度、扬升、卡路里、心率 3.模式 拥有：1组手动模式、6组内设模式设计 4.心率测试：扶手配备手握心跳感应测试系统，30秒为一个平均值，误差为±2% 5.脂肪检测功能：拥有体脂肪检测功能 6.电动扬升：0%-15% 7.商用高品质专用电机：2.5HP / AC 8.速度：0.1-12km/h（业界最低起速） 9.跑步参考面积：≥长1370*宽450mm 10.占地参考面积：≥长1730*宽790*高1170mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十一：下肢功率自行车（卧式） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.电子表功能：速度、时间、卡路里等 2.时间 TIME :0:00~99:00，可上数及预设倒计时 3.距离DISTANCE :000~99.50K/M，可上数及预设倒数计距离 4.热量CALORIES :0~990，可上数及预设倒数计热量 5.心率PLUSE :P-40~220，可预设最大心跳值 6.功率WATT :20~300可预设功率值 7.手动MANUAL :1~32 level 8.模式PROGRAM :P1~P12 9.心跳控制模式HRC :55% 75% 90% IND(TARGET) 10.用户数据USER DATA UO~U4 11.男性/女性 :GIRL/BOY 12.年龄AGE :10-25-99 13.身高HEIGHT :100-1670-200(CM) 14.体重WEIGHT :20-50-150(KG) 15.阻力调节：磁阻 16.管材厚度：≥3.0mm 17.塑件：ABB 18.传动方式：磁控调节
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十二：下肢功率自行车（立式） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.结构型式：电子表、扶手架、阻尼调节器、座垫、脚踏板及绑带、基架 2.材质：静电喷塑架、橡胶踏板、橡胶垫、海绵扶手 3.电子表的功能： (1).显示窗口：显示时间、速度、距离、热量等数值 (2).回零键：按此键，使显示窗口当前显示的数据回零。 4.座垫调节范围（cm）上下：0～23 5.座垫额定载荷kg：≥135 6.阻尼调节档数：≥8 7.参考规格(cm)：≥82×60×125
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十三： 简易上肢功能评估器 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	检测工具一套，秒表一个，大小木块若干，弹性球5个，小木球若干，各种小器具若干。 对上肢能力、运动速度进行客观的检测，判断上肢功能受限程度
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四： 皮脂厚度计 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	测试皮脂厚 测试皮脂厚度，0-60mm 根据测试的皮下脂肪厚度可以评定一个人的肥胖程度。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五： 关节活动测量表 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.表盘直径≥6.5cm,表盘旋转角度360°
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十六： 电子背力计 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.测量范围：0～400kg 2.分度值：≤1kg 3.示值误差：≤1/400F.S 4.功能：背力峰值保持，开关/清零，定时关机 5.配置：电源背力峰值保持，开关清零，定时关机
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十七： 万步计 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.材料:塑料 2.用途:步行运动定量、计数 3.显示屏: LCD液晶显示屏
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十八：秒表（电子显示） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	秒表（电子显示） 1.材料：塑料 2.用途：各种运动及测评计时用 3.备注：电池
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十九：握力计（指针） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.测力范围：0~1000牛顿（0~100公斤） 2.刻度值：10牛顿（N）（1公斤） 3.精度：±3% 4.指针显示，用于测试、训练手指抓握力
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十：握力计（电子显示） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.测量范围：0~99.9kg 2.分度值：≤0.1kg 3.示值误差：≤1%F.S 4.功能：握力峰值保持，开关/清零 定时关机，过载指示。 5.电源：一节9V叠式电池（自备）或外接式AC(220)/DC/(9V)稳压器 6.功能：握力峰值保持，开关/清零 定时关机，过载指示。 7.参考规格(cm)：≤18×14×2 8.配置：电源 9.用于测试、训练手指抓握力
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一：系列哑铃 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	哑铃规格：质量，5LB，4个。4LB，4个。3LB，4个。2LB，4个。1LB，2个
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二：平衡触觉板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	用途：由8片曲线+8片直线触觉半组合成步道，触点提供神经刺激讯号，加强儿童触觉训练。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表七十三：单脚拐 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	最大垂直静压力≥40kg，铝合金管，表面阳极氧化,，ABS防滑手柄，防滑橡胶脚垫
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表七十四：电动轮椅 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.总长 ≥103cm 2.总宽 ≥63cm 3.总高 ≥92cm 4.靠背高度 ≥43cm 5.座位深度 ≥45cm 6.座位宽度 ≥46cm 7.座位离地面高度 ≥50.5cm（前）≥45cm（后） 8.前轮直径≥ 20cm 9.后轮直径≥ 42cm 10.最大载荷 ≥110kg 11.净重量 ≥27.4kg 12.爬坡能力≥ 12° 13.车架： 由铝合金焊接组合成型，采用可后折叠把手结构，表面纳米喷涂处理，美观耐用。 14.控制器： 国产控制器，可靠性高；一杆灵活操纵电动行驶及刹车。可原地360°转向，五档变速，控制器底座可快速前后调整，可左右手彻换，带电池电量显示并报警功能。 16.电机： 250W*2无刷电机，带手/电动切换功能，方便断电推行。电机带电子刹车，可预防溜坡情况，安全性高。 16.电池： 采用20 AH锂电池。 17.前轮： 8”*2”免充气PU轮，配置高强度工程塑料轮毂。前叉为铝合金材质，坚固耐用，永不生锈，带高度调节孔。 18.后轮： 16英寸充气轮。 19.座靠垫： 轮椅的座椅及靠背为软座、软靠背，材料为麻布+牛津尼龙布，中间夹有海绵夹层，坐垫高密≥600d的涤纶帆布夹层，；缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 20.扶手： 采用后翻式活动扶手，配PU扶手垫 21.护板： 高强度塑料护板； 22.脚托： 活动脚托，脚托可上翻，配高强度塑料脚踏板，脚踏板高度可调节。 23.安全带： 配置可调节安全带。 24.防翻轮： 配置防翻后轮，确保使用者上坡时安全。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表七十五：电动折叠轻便轮椅 是否允许进口：否		

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.总宽度（cm）≥ 61 2.座位宽度（cm）≥ 42 3.座位高度（cm）≥ 54 4.座位深度（cm）≥ 42 5.总长度（cm）≥102 6.总高度（cm）≥ 96 7.前轮 ≥7寸 8.后轮 ≥10寸 9.最大载荷（Kg）≥100 10.靠背高（cm）≥46 11.净重量（Kg）≥ 24.8kg 12.充电器 29.4V/2A 13.锂电池 24V/10.4AH 14.电机功率 ≥180W 15.续航里程 ≥20km 16.充电时间 ≤5.2h 17.爬坡 ≤13° 可通过手持编程器自定义产品的使用模式，（包括编辑前进，后退，转弯时的对应的档位速度，反应时间，加速度等）这样就极大的满足了不同类型客户对产品的性能要求。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十六：耳背式助听器（大功率） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		1.最大声输出:132±2dB SPL 2.满档增益(118-7):72dBSPL 3.谐波失真:≤2% 4.等效输入噪音:<16dB 5.频响范围:200-8000HZ 6.额定电源电流<1.0mA 7.不少于15通道独立压缩多频带自适应方向空间静噪 8.不少于48个声音处理通道，不少于10个可调频段， 9.反馈盾智能声反馈，风噪声管理，双耳互传 1.0自适应管理器不少于4个聆听程序选择 11.验配公式:NAL-NL1+2,DSLv5.0成人/儿童 12.▲验配时需要有国家助听器验配资质的人员进行现场验配，涉及儿童患者，需具有国家二级助听器验配师资质的人员进行现场验配服务。一年内需提供两次服务。 13.立体声传输(2.4GHz) 14.iPhone 直连On App 15.遥控器3.0 16.电视适配器3.0 17.自动电话 18.耳鸣掩蔽系统(需NFMI+按键) 19.降噪LX多频带自适应方向性 LX单独压缩 LX移频新概念 20.LX特性 空间净噪 21.频宽8KHz 22.验配范围不少于48处理通道 23.重低音(使用蓝牙伴侣) 24.电池: 瞬噪消除 25.音量: 反馈盾LX 风噪声管理 26.电感线圈双耳同步 27.聆听程序 按钮 多种方向性选项 NFMI 自适应管理器 NAL-NL1/NAL-NL2,DSLS 2.4 GHz Tinnitus SoundSupport 直接音频传输 Made for iPhone® ConnectClip电视适配器3.0 带干燥盒;带电池6粒;带防丢绳。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表七十七：耳背式助听器（中功率） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.最大声输出:125±2dB SPL 2.满档增益(118-7):61dB SPL 3.谐波失真: ≤2% 4.等效输入噪音:<16dB 5.频响范围:200-7000Hz 6.额定电源电流<1.0mA 7.不少于8通道独立压缩多频带自适应方向空间静噪 8.不少于48个声音处理通道，不少于10个可调频段， 9.反馈盾智能声反馈，风噪声管理，双耳互传 10.自适应管理器不少于4个聆听程序选择 11.验配公式:NAL-NL1+2,DSLv5.0成人/儿童 12.▲验配时需要有国家助听器验配资质的人员进行现场验配，涉及儿童患者，需具有国家二级助听器验配师资质的人员进行现场验配服务。一年内需提供两次服务。 13.立体声传输(2.4GHz) 14.iPhone 直连 On App 15.遥控器 3.0 16.电视适配器3.0 17.自动电话 18.耳鸣掩蔽系统(需NFMI+按键)带干燥盒;带电池6粒;带防丢绳。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十八： 豪华轮椅 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.总长 ≥102cm 2.总宽 ≥64cm 3.总高 ≥93cm 4.折叠宽度 ≥27cm 5.靠背高度 ≥40cm 6.座位深度 ≥40cm 7.座位宽度 ≥45.5cm 8.座位离地面高度 ≥51cm 9.前轮直径≥ 20cm 10.后轮直径 ≥60cm 11.最大载荷≥ 100kg 12.车架： 由铝合金管焊接组合成型，采用固定脚托、固定扶手，靠背可折叠，车架可折叠，安全性能好，表面喷涂处理，美观耐用。 13.前轮： 8寸塑料轮毂配高品质PVC+PP一体轮，配置高强度塑料拐臂； 14.后轮： 24寸PU免充气后轮，配高强度塑料手轮，可直接驱动后轮。； 15.刹车： 铁刹车，后把手连刹车，带驻停自锁功能，安全可靠。； 16.座靠垫： 靠背材料为牛津布内置海绵，靠背可折叠；座垫材料为牛津布内置海绵，中间需有大于400d的帆布夹层。 17.扶手： 采用固定扶手，斜扶手设计，配置优质PU扶手垫； 18.护板： 选用塑料护板； 19.脚托： 采用固定脚托，配高强度塑料脚踏板，高度可调； 20.安全带： 配有可调安全带；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十九： 护理床 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	性能及结构特点： 本护理床主要由床架，床头、尾架，背板，腿板，脚板，护栏等组成。 1.规格：参考外形尺寸规： 长度≥2000mm，床面宽度≥900mm，床体标准高度≥550mm。 2.功能： 1）摇把数量为3个,手动左右翻身为1个、手动起背为1个、手动腿位升降为1个、坐便转换为快速板手。 2）调节范围：背部可升降角度：0-75° 腿位可升降角度：+25°至-75° 侧翻身可升降角度：0-45° 3）摇把：采用金属螺旋设计，摇柄表面电镀处理，可折叠，牢固实用。 4）摇杆：摇杆弹盒采用钢件，防破裂，具有高支撑力，高耐磨，安全可靠，使用轻松无噪音，保证使用顺畅，带防尘套。 5）铝合金护栏：侧面护栏总长≥1150mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，5支不锈钢护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度≥3.0mm，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 6）床头尾板：采用ABS工程塑料，中间点缀黄色利用模具一次注塑成型，耐褪色，耐老化，耐腐蚀易清洁。床尾板上装透明病历卡。床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。 7)移动脚轮：方便自由移动；同时带有刹车装置以固定床身，移动脚轮直径≥125cm，内置双轴承，确保产品长期使用寿命。 8)床垫：床垫外层床罩为纯棉布材质，体感舒适，柔软，内胆采用≥6公分椰棕床垫，回弹性好，并经防虫处理，长期使用不变形，并且透气性好。 1 9）1秒速开便门：便门承重材料采用实心钢棍，有效支撑臀部力量，确保长时间使用不会出现下沉、不回位等现象。便口床垫与便口位置采用粘和设计，接便时无需搬动护理人员，取走床垫，配合快速接便装置，可使便口在1秒内打开，实现真正零等待。并配有可调高低装置，如在使用过程便口出现下沉情况，可自行调节恢复原位。便口下方容器承重板采用厚度≥1.2mm的钢板一次冲压成形，整体安全可靠。 10）腿部承重：支撑材料采用≥4*4的方管,可承受≥100公斤的重量安全、牢靠、长期使用不变形。 11）背部升降滑轮设计： 配有4个滑轮,避免长时间使用床体之间的摩擦产生的噪音和对床体的损坏.减少摩擦阻力,减轻护理人员负担。 12）左右翻身滑轮设计：在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。 13）输液架为升降式，可根据用户需求调节高度。主管采用优质430不锈钢管制作，具有三个挂钩，可同时进行多瓶输液，不用时可折叠收纳于床头位置。 14)腿部触地滑轮设计 当腿部下降到与地面接触时，腿部底端配备的小黑轮与地面做滚动做用，避免划伤地板。 15）床体可承载重量≥200kg。 3.材料： 1)焊接工艺； 床架和床面采用机器人焊接，焊接牢靠,焊接处平整光滑，坚固耐用。 2)床体喷涂工艺： 床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 4.产品配置 静音轮、铝合金护栏、餐桌、≥6公分床垫、洗头盆、便盆、输液架、ABS床头床尾。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十：体外冲击波治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.工作压力: $1 \times 10^2 \text{kPa} \sim 5.0 \times 10^2 \text{kPa}$ (1~5.0bar), 调节步进值$0.1 \times 10^2 \text{kPa}$。 2.▲最大能量密度: $\geq 5 \text{mj/mm}^2$。 3.▲最大输出能量: $\geq 212 \text{mj}$。 4.▲冲击频率: 1~22Hz, 调节步进值$\leq 0.5 \text{Hz}$。 5.冲击次数: 100~9900次, 调节步进值100次。 6.冲击模式: 单次冲击和连续冲击。 7.操作显示: ≥ 8英寸液晶触摸屏。 8.输出通道: 单通道冲击治疗, 标配1把冲击手枪。 9.治疗枪具有减振功能。 10.传导子: 不少于6个, 包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子; 标配1个子弹和1个弹道。 11.治疗头金属部分可在$\geq 135^\circ\text{C}$高温高压下消毒。 12.治疗探头通过生物相容性检测。 13.智能化管理系统, 自动检测手枪连接状态, 具有计数、显示和重置功能。 14.具有语音播报功能, 治疗开始和结束有提示音。 15.▲输出压力波脉宽最小为$160 \mu\text{s}$, 其误差不应超出$\pm 10\%$。 16.具有双重过压安全装置。 17.带有人体治疗部位选择图, 可以根据身体部位选择相应的治疗处方, 内置处方数量≥ 200个。 18.具有对压缩空气除水并自动排放功能。 19.额定输入功率: $\geq 550 \text{VA}$。 20.带台车
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十一: 蜡疗机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1.蜡饼数：≥12层，最多可出大中小蜡饼18块。 2.设备最大功率：2700VA±10%。 3.温度设定范围：浸蜡温度1～57℃可调，熔蜡温度58～99℃可调，级差±1℃。 4.恒温箱温度范围：46～80℃可调，级差±1℃。 5.具有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置。 6.熔蜡箱≥140L，恒温箱≥184L，允差±10%。 7.出蜡系统：三组独立出蜡系统。 8.制饼时间：最短1～2小时。 9.断电记忆：蜡疗仪断电半小时内再上电，恒温功能、制饼时化蜡状态可记忆。 10.制蜡工作程序：自动、手动。 自动工作程序：根据外界温度，自动选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。 手动工作程序：可自行选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。 11.“一键”即可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存。 12.平台式外观：设备自带操作平台，方便医护人员进行蜡饼操作。 13.蜡液过滤装置：双重侧滤，过滤密度50目。 14.饼厚度：三级可调（8mm、13mm、18mm）。 15.制蜡工作模式：正常制蜡、预约制蜡、快速制蜡。 16.具有双重自动消毒模式（紫外线+高温）。 17.操作显示：≥8英寸液晶触摸屏，支持一键锁屏，具有语音播报功能。 18.恒温箱内设有照明，并设有观察窗（≥高650mm×宽200mm），可方便观察蜡饼情况。 19.提示功能：故障自检报警功能，并附有错误代码提示。完成工作声光报警功能。 20.一键恢复出厂设置、准确控制蜡饼厚度、智能防堵设计。 21.蜡盘参考尺寸（长宽高）：≥470×390×21mm，允差±5%。 22.具有薄膜切割功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（残疾人康复及辅助器具采购）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（残疾人康复及辅助器具采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

残疾人康复及辅助器具采购

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、本项目不收取投标保证金。
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

残疾人康复及辅助器具采购

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分 65.0 分 商务部分 5.0 分 报价得分 30.0 分

技术部分	技术响应程度 (20.0分)	根据各项技术指标的响应程度进行评审：所有产品主要技术参数指标（加“▲”项）和一般技术参数指（非“▲”项） 满足或优于招标文件要求，且提供证明文件齐全、内容无矛盾的，得基础分20分。每有一项不满足（加“▲”项）的扣0.5分，不满足（非“▲”项）的扣 0.05分，扣完为止（即扣20分）注：核心产品需提供质量检验机构出具的检验报告、产品彩页等相关技术资料、项目技术参数承诺书予以佐证。（2）为防止误评或漏评，投标人需在其技术规格响应表中写明相应的技术佐证材料的名称、页码。
	整体实施方案 (10.0分)	针对本项目的整体实施方案，具有完整性、合理性、可行性，包括：阶段划分、阶段工作内容、进度保障措施，每项内容切实可行，有针对性进行对比评分，优得10分，良得7分，一般得4分，未提供不得分。
	设备运输、交付方案 (8.0分)	标人提供运输、调试方案，且方案有针对性、科学合理，时间安排清晰、描述准确，人员配备科学合理，供货进度计划，全面详细、合理可行进行对比评分，优得8分，良得6分，一般得4分，未提供不得分。
	质量及安全保障措施 (10.0分)	投标人具有针对本项目的质量保证措施，措施可靠，切实可行；具有针对本项目的安全保障措施，内容全面，能够清晰体现产品的安全性进行对比评分，优得10分，良得7分，一般得4分，未提供不得分。
	安装调试团队及方案 (7.0分)	为确保装备及实验器仪器能够快速投入使用，根据投标人针对本项目配备的安装调试专业技术团队及方案进行评比，优得7分，良得4分，一般得2分，未提供不得分。
	培训方案 (5.0分)	针对本项目采购需求特点及要求提供技术培训方案：培训方案全面可行、培训人员的专业性、培训时间的安排合理、培训项目清晰等方面进行评审；优得5分，良得3分，一般得1分，未提供不得分。
	售后服务 (5.0分)	有明确的售后服务承诺，承诺内容全面（例如响应时间、售后人员配备及联系电话等）、切实可行、符合本项目；根据投标人针对本项目质保和维护期结束后的后续维护服务及跟踪保障措施进行对比评分，优得5分，良得3分，一般得1分，未提供不得分。
商务部分	项目业绩 (5.0分)	供应商近年（指2021年1月1日至今，以合同签订日期为准）承揽过同类项目业绩，每提供一项有效材料得1分，最高得5分； 注：以销售或供货合同为准，响应文件提供的合同至少包含以下内容：合同首尾页、签字盖章页、合同金额页、货物名称或项目内容页。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)
投标文件

项目编号：
包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。