

圣弘建设股份有限公司

竞争性磋商文件

采购单位名称：内蒙古林业总医院

项目名称：专用设备采购项目

项目编号：**HSZCS-C-H-230030**

2023年04月03日

目 录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 磋商邀请

圣弘建设股份有限公司受内蒙古林业总医院委托，采用竞争性磋商方式组织采购专用设备采购项目。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：专用设备采购项目

项目编号：HSZCS-C-H-230030

采购计划备案号：呼财购备字[2023]00605号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购要求	预算金额（元）
1	内蒙古林业总医院专用设备采购项目1包	24	详见磋商文件	1,236,000.00
2	内蒙古林业总医院专用设备采购项目2包	1	详见磋商文件	460,000.00

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交首次响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询。

3.其他资质要求：

合同包1（内蒙古林业总医院专用设备采购项目1包）：

1)1)投标人根据所投设备分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》;投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

合同包2（内蒙古林业总医院专用设备采购项目2包）：

1) 1)投标人根据所投设备分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》;投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

三.获取磋商文件的时间、地点、方式

详见竞争性磋商公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照磋商文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.磋商文件售价

本次磋商文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间和地点

详见竞争性磋商公告

六.联系方式

采购代理机构名称：圣弘建设股份有限公司

地址：海拉尔区依山美苑16号楼101门市

联系人：杨先生

联系电话：04708319996

采购单位名称：内蒙古林业总医院

地址：内蒙古牙克石市林城路81号

联系人：李永泽

联系电话：15904707276

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共2包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开启方式	不见面开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	综合评分法
6	获取磋商文件时间	详见竞争性磋商公告
7	保证金缴纳截止时间（同响应文件提交截止时间）	详见竞争性磋商公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。
9	响应文件数量	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）；
10	成交人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
11	联合体响应	包1： 不接受 包2： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。
15	磋商保证金	内蒙古林业总医院专用设备采购项目1包：保证金人民币：24,720.00元整。内蒙古林业总医院专用设备采购项目2包：保证金人民币：9,200.00元整。
16	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
17	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向小微企业，采购包专门预留 采购包2：面向小微企业，采购包专门预留

19	有效供应商家数	包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包2：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
20	报价形式	合同包1（内蒙古林业总医院专用设备采购项目1包）:总价 合同包2（内蒙古林业总医院专用设备采购项目2包）:总价
21	现场考察	否
22	其他	兼投兼中：本项目兼投兼中。

二.磋商须知

1.磋商采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目磋商文件，并按照磋商文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.磋商保证金

2.1磋商保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取磋商保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将磋商保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错磋商保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的磋商保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于磋商保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2磋商保证金的退还

2.2.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保

证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3. 电子化磋商

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

3.1 远程不见面方式

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间等要求参加磋商，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为响应无效：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2 现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间和地点参加磋商。响应文件开启时，供应商应当使用 CA 证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为响应无效：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按磋商文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4. 供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三. 说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应自行承担所有与准备、参加磋商有关费用。不论磋商结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指内蒙古林业总医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本磋商文件的采购代理机构特指圣弘建设股份有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“磋商小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场考察

8.1磋商文件规定组织现场考察的，采购人或者采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

8.2供应商自行承担考察现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在考察现场介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。更正公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1 供应商应按照磋商文件第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照磋商文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六、开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1 程序

(1) 宣布纪律;

(2) 宣布相关人员;

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密,由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称和磋商文件规定需要宣布的其他内容;

(4) 参加人员对开启情况进行确认;

(5) 开启结束。

1.2 疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的,应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义,应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出,采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注

开启时,供应商使用 CA证书参与响应文件解密,供应商用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后,采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告,同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商,成交结果公告期为 1 个工作日。

项目“废标”后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时,成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书,成交通知书是合同的组成部分,成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后,采购人不得违法改变成交结果,供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的,可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的,应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

本项目为医疗设备采购项目

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（内蒙古林业总医院专用设备采购项目1包）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	内蒙古林业总医院指定地点
付款方式	1期：支付比例50%，设备到货安装调试验收合格 2期：支付比例40%，使用半年无故障付 3期：支付比例10%，使用一年无故障付清
验收要求	1期：一次性验收，设备安装调试完成，可正常运行
履约保证金	不收取
其他	

2.技术要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属行 业	技术要 求
1		其他医疗设备	动态心电分 析系统	台	1. 00	190,000.00	190,000.00	面向中 小企业	其他未列 明行业	详见附表 一
2		其他医疗设备	四联注射泵	套	2. 00	60,000.00	120,000.00	面向中 小企业	其他未列 明行业	详见附表 二
3		医用超声波 仪器及设备	超声多普勒 胎心监测仪	台	4. 00	3,500.00	14,000.00	面向中 小企业	其他未列 明行业	详见附表 三
4		其他医疗设备	肠道水疗机	台	1. 00	25,000.00	25,000.00	面向中 小企业	其他未列 明行业	详见附表 四
5		其他医疗设备	妇科专业检 查治疗床	张	1. 00	35,000.00	35,000.00	面向中 小企业	其他未列 明行业	详见附表 五
6		消毒灭菌设 备及器具	移动式空气 消毒器	台	1. 00	9,000.00	9,000.00	面向中 小企业	其他未列 明行业	详见附表 六
7		医用内窥镜	支撑喉镜	个	2. 00	22,500.00	45,000.00	面向中 小企业	其他未列 明行业	详见附表 七
8		其他医疗设 备	外周神经刺 激仪	台	1. 00	45,000.00	45,000.00	面向中 小企业	其他未列 明行业	详见附表 八
9		其他医疗设 备	血液解冻箱	台	1. 00	45,000.00	45,000.00	面向中 小企业	其他未列 明行业	详见附表 九
10		其他医疗设 备	注射泵	台	3. 00	8,000.00	24,000.00	面向中 小企业	其他未列 明行业	详见附表 一十

11		其他医疗设备	遥测系统	套	1.00	350,000.00	350,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十一
12		其他医疗设备	心电图机	台	1.00	28,000.00	28,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十二
13		其他医疗设备	心电图机	台	1.00	55,000.00	55,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十三
14		其他医疗设备	离心机	台	1.00	25,000.00	25,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十四
15		其他医疗设备	辐射监测仪	台	1.00	35,000.00	35,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十五
16		医用射线防护设备	铅防护服	件	11.00	3,000.00	33,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十六
17		医用射线防护设备	铅围脖	件	11.00	400.00	4,400.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十七
18		医用射线防护设备	铅帽	件	11.00	270.00	2,970.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十八
19		医用射线防护设备	铅围裙	件	9.00	2,200.00	19,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十九
20		医用射线防护设备	铅眼镜	副	7.00	300.00	2,100.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十
21		医用射线防护设备	小儿铅围脖	件	2.00	250.00	500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十一
22		医用射线防护设备	铅领套	个	1.00	230.00	230.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十二
23		其他医疗设备	成人侧壁钳	把	2.00	14,000.00	28,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十三
24		其他医疗设备	外科牵开器	个	1.00	100,000.00	100,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十四

附表一：动态心电分析系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		一、动态心电记录器参数要求 1.需获得国家药监局《动态心电记录器》的医疗器械注册证。 2.记录器需采用固化式闪存，要求存储和回放数据速度快。 3、普通心电需采集4096点每秒采样率。

4、需配置独立起搏通道，要求起搏通道10000点每秒采样率。

5、3导12导联根据导联线自动识别。

6、三通道支持最多7天记录、十二通道需支持长达3天记录。

7、具备特殊事件按钮、心电采集指示灯。

8、需具备睡眠呼吸波、体位状态记录、分析功能。

二、动态心电分析软件参数要求

1、动态心电分析软件应具有药监局颁发的独立的《动态心电分析软件》注册证书。

2、需拥有最新的连续心率减速力(DRs)分析技术:心梗患者死亡危险预测指标进一步研究。

3、可打印彩色心电图报告，并具有多种报告模板可选。

4、可读取同品牌动态血压数据，形成心电、血压对应报告。

5、支持首页自定义报告抬头，医院可自行设计各自抬头。

6、支持卫星Holter系统，可在超大型医院建立卫星分析中心，与社区、分院进行互联并接收全信息HOLTER数据进行诊断，也可与超远程的跨省市医院 功能和质量要求 进行互联分析及会诊。

7、需具备12导联ST 段三维趋势图分析功能。

8、需具备时间散点图无极缩放功能及逆向分析功能：具有无限放大功能，且可在时间散点图上选择相应时间，使用逆向技术 对原始波形进行查看。

9、需具备 Lorenz散点图逆向分析功能：可在散点图上选择相应点，进行原始波形的查看。

10、需具有高级心率变异分析及药物评价模块。

11、可进行晚电位及向量心电图分析。

12、需具备散点图面积比率分层编辑功能：可通过设置面积比率的范围，对散点图进行进行分层查看显示。

13、需具备T波变异度分析功能：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。

14、需具备室性逸搏分析 功能：将室性异常搏动做出联律间期 柱状图，根据时间关系加以区分。

15、需具备频谱心电功能，快速进行冠心病定位诊断。

16、需具备心率震荡(VE Chaos, HRT)分析功能：HRT是新发现的一个强有力的心梗患者死亡危险预测 指标，不仅具有独立性，还与LVEF 具有协同性。

17、需具有12导联ST段三维 趋势图，使观察心肌缺血发生部位 更加直观。

18、需具备高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。

19、需具备数据库管理功能，方便以多种条件进行病例查询和检索。具有光盘移动硬盘输入输出功能。

20、需具备动画心电 教学系统，针对常见心电术语方便学习与教学。

21、需具备三维立体散点图 功能，可对三维立体散点图任意角度旋转、 并且能够利用三维散点图进行编辑分析。

	22、要求具备先进的人工智能(AI) 分析引擎，快速高效自动识别各 种疑难HOLTER病例。 23. 需具备新生儿波形 的人工智能识别算法。 三、硬 件配置要求 1、需配置计算机一套 2、需配置 激光打印机一台 3、配10个holter盒子
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表二：四联注射泵 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、一般规格和要求： 1.1设备先进、结构合理； 1.2模块式设计，能与DOCK 结合组成输液工作站/输液管理系统； 1.3无需附件可实现多泵叠加，便于转 运管理，容易操作、养护和维修。 2、主要技术和性能要求： 2.1安全要求： 2.1.1安全防护可靠，防护类型： CFI、IP23、IEC60601-1-2/YY0505、 主副CPU； 2.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 2.1.3压力 报警阈值至少11档可调； 2.1.4 阻塞回撤功能(Anti-Bolus)：当管路阻塞功能和质量要求报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 2.1.5防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出； 2.1.6 自动键盘 锁： ON/OFF，锁键盘时间1- 5min可调。 2.2 精度要求： 2.2.1 速率$\geq 1\text{ml /h}$：精度$\leq \pm 2\%$； 2.2.2 快速 启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 2.2.3 在线滴定功能：安全 不中断输液而更改速率。 2.3 基本要求： 2.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h，递增： 0.01ml(0.1-99.99ml/h)， 0.1m (100-999.9ml/h)1ml(1000- 1500ml/h)； 2.3.2预置总量范围： 0.1-9999.99ml，递增： 0.01ml； 2.3.3 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架 或床旁其他设备上；

	2.3.4 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选； 2.3.5 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1 ml/h； 2.3.6 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； 2.3.7 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和 品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息； 2.3.8 应具有低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 2.3.9 具有6种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式； 2.3.10 电池工作时间 > 10小时@5ml/h； 2.3.11 供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10- 16V； 2.3.12 信息储存：自动储存2000条以上的操作信息； 2.3.13 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 2.3.14 全中文软件操作界面。支持医嘱、药物库、病人信息等中文显示
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表三：超声多普勒胎心监测仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、一手可以掌握； 2、高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头 工作频率自动识别显示； 3、超声工作频率标配3MHz±10%， 可选配2MHz±10% 4、可检测9周小孕周胎儿心率； 5、探头与主机分体设计，探头可更换 6、超声输出强度：ISATA≤20mW/cm2； 7、胎心率检测范围 50-240bpm， 心率检测精度：±2bpm； 分辨率：1bpm 8、在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90db 9、电源：标配充电电池可在线待机充电，充满电连续工作时间≥10小时； 10、具有自动报警，电量低报警； 11、无信号1分钟自动关机和探头归位自动关机功能； 12、内置扬声器； 13、机器使用完可直接放充电座上充电； 14、具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机； 15、采用降噪技术，静噪音低，胎心音清晰、准确和稳定；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四：肠道水疗机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1总功率不大于2000w 2灌注速度： 3适用电源交流:220V 50HZ 4 灌注速度：830mL/min±50mL/min 5 水温控制范围:30~40℃ 6 提供药液加注功能，进药 量可控可调 7保持37℃左右恒温，范围可调节，温差仅在±2℃ 8容量:储液 桶 容量≥10L;药液杯容量≥500ml。 9 时间:给液时间1s~10s可调，误差： ±5%。 停液时间0s~20s可调，误差:+5%。 10工作时间，可连续工作24小时以上 11灌水流量0~10000ml，步进为100ml，误差:+10%。灌药流量0~500ml，步进为10ml，误差:±10%。 12一次性使用直肠导管:应选用具有医疗器械注册证或备案的合格产品。

1	13进水过滤精度:5um 14运行环境:环境温度:5~40℃; 相对湿度:80%H 15太气压力:70kPa~106kPa 16储存:环境温度:20℃~55℃, 环境湿度范围不超过80% 17噪音65db 18灌注液可调注温度30~40摄氏度可调 主要配置 1 触摸屏窗口屏幕显示。 2动洗对进水进行滤消毒化处理过滤杂质 3 管路双进双出。(即可做肠道水疗;也可灌注咖啡、益生菌等) 4肠道压力实时监测、实时显示, 肠化感应装置。当压力值超过设定值, 机器就会自动报警, 停止工作 5 治疗床承重≥150kg 6 带有排泄盆座的功能水疗床,床体配置与排污设施为整体设计, 满足患者在水疗的同时可以随意大小便的要求 7内置排污系统, 使用者在自然状态下进行洗肠、给药 8 内置冲洗按钮开关, 使用者可自行冲洗排出物 9 外置冲水水枪, 便于工作人员清理残留污物 10动 泵:专业医用动泵, 双泵控制 11一次性入体灌注液, 灌注管直径0.6 厘米, 安全、卫生无异物感 12超温超压自动电保护 13摄像系统, 能够清楚的看到患 者的排泄污物 14机器 内置恒温装置, 水温自动加热 15采用水离式加热方式, 安全高效 16温水冲洗功能, 治疗结束后便于患者冲洗 17外置刻度药杯, 药液定量加入, 可控可调, 便于临床掌握灌注药物用量 18余不自动停止 加热, 具备防干烧机制 19水检测装置, 智能化自动进水 20给液程超流量超 时、超温、液尽、温度过低自 动停止注液 21两节一体机设计, 方便挪动。 22床和机器是一体化注册。 23 应具有《医疗器械注册证》的合格产品。 24电磁容性:符合电磁兼容性(EMC) 国家标准, 提供相应证明文件
---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表五：妇科专业检查治疗床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	妇科检查床操控要求采用触摸式手柄，直流电机安全电压控制，操作方便、简单易懂，运行中低噪音，性能稳定可靠，产床主体要使用优质不锈钢制成，耐腐蚀、易清洁，床面采用聚胺脂床垫，床垫是根据人体工程学设计，柔软舒适、颜色柔和，底座要求具备刹车装置设计，并配有落地结构，整机稳固无晃动。 主要参数： 1、床面尺寸长度：1260mm 床面尺寸宽度：600mm 床面水平最低：650 mm 2、床面水平最高：850mm 床面升降高度：200mm(电动) 臀板前倾斜：+25°(电动) 3、臀板后倾斜：-15°(电动)起背最大角度：+60°(电动)起背最小角度：-10° 4、配置清单：床体x1 臂托x1 腿x1 握手器x1 污物盆x1 圆滑块x1
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六：移动式空气消毒器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1 人机共存，动态持续消毒 循环风量$\geq 1000\text{m}^3/\text{h}$。 2 消毒方式：紫外线循环风，消毒时无味、无辐射、不腐蚀设备，适用体积$\leq 100\text{m}^3$ 3 高效过滤器除尘、除菌，输入功率$\leq 250\text{W}$。 4 长寿命、高强度紫外线杀菌。 5 负氧离子清新空气，消毒效果符合卫生部消毒技术规范(2002年版)的要求，可提供省级疾控检测报告。 6 活性炭滤膜除异味，机外紫外线泄露$\leq 0.1\text{uw}/\text{cm}^2$，可提供省级疾控部门检测报告。 7 风速高、中、低可调，风向多角度，可调机内紫外线强度$\geq 2500*4\text{uw}/\text{cm}^2$。 8 微电脑程控自动运行，可预约开机关机时间，消毒时空气的臭氧量$\leq 0.002\text{mg}/\text{m}^3$，可提供省级疾控部门检测报告开启臭氧功能后的臭氧量$\geq 3\text{mg}/\text{m}^3$。 9 超静音轴流风机，灯管寿命$\geq 5000(\text{h})$。 10 紫外线故障自动监测，负氧离子释放量$\geq 6*10^6$个/$\text{cm}^3$。 11 液晶中文显示屏，触摸式按键，可直接在机器键盘上操作也可遥控操作，电源$\sim 220\text{V}50\text{Hz}$。 12 累计工作期间自动记录，噪音$\leq 45\text{db}(\text{A})$。 13 动静态功能可选配，无人情况下可开启臭氧辅助消毒。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表七：支撑喉镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、窥视管(喉镜) 大 只 1 窥视管(喉镜) 小 只 1 2、支撑架 个 1 3、喉用钳直 $\Phi 2 \times 230\text{mm}$ 把1 喉用钳 $30^\circ \Phi 2 \times 230\text{mm}$ 把1喉用钳左弯 $\Phi 2 \times 230\text{mm}$ 把 1 喉用钳 右弯 $\Phi 2 \times 230\text{mm}$ 把 1 喉用钳 有齿 $\Phi 2 \times 230\text{mm}$ 把 1 喉用钳 三角头 $0^\circ 230\text{mm}$ 把 1 喉用钳 三角头 $45^\circ 230\text{mm}$ 把 1 4、喉剪直230mm 把 1 5、喉息肉钳 45° 左开230mm 把 1 喉息肉钳 45° 右开230mm 把 1 6、喉用钳 $30^\circ \Phi 5 \times 230\text{mm}$ （大） 把 1 喉用钳 $30^\circ \Phi 4 \times 230\text{mm}$ （中） 把 1 喉用钳 $30^\circ \Phi 3 \times 230\text{mm}$ （小） 把 1 7、喉刀 $\Phi 2 \times 250\text{mm}$ 把 2 8、喉针 $\Phi 2 \times 250\text{mm}$ 把 2 9、喉钩 $\Phi 2 \times 250\text{mm}$ 把 2 10、手柄 $\Phi 2 \times 250\text{mm}$ 把 2 11、吸引管 $\Phi 4\text{mm}$ 支 1 吸引管 $\Phi 3\text{mm}$ 支 2 吸引管 $\Phi 2.5\text{mm}$ 支 1 12、导光束 $\Phi 4.5 \times 2000\text{mm}$ 支 1
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表八：外周神经刺激仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	一、设备用途: 外周神经电刺激仪辅助神经定位，用于神经溶解技术和化学神经阻断技术，康复治疗的整体功能恢复和功能重建。同时，外周神经阻滞也是临床麻醉和疼痛治疗的一个重要手段，通过神经刺激定位，外周神经阻滞提供了一个客观的判断指标，可极大地提高了阻滞的成功率。 二、功能模式：基本参数：仪器具有开/关机、模式的选择、消除、波幅选择(额定刺激电流的 设置)的按键使用功能。 1、外周神经探测笔：可进行浅表神经的无损伤定位。 2、刺激针电流：0-5mA。 3、体表模式下探头最大电流30mA，能更好的满足体表四肢的神经探测。 4、刺激脉冲宽度0.2mS(±30%)。 5、通用的AA(5号)4.5V碱性电池：机器连续工作可达150h以上，工作时间久，耗电少。 6、刺激电压：0-75V(最大)。 7、刺激频率：2Hz(±15%)，便于临床观察。 8、检测模拟皮肤电阻:500±10%。 9、电流体内模式下：最小步进幅度 0.01mA调节，体表模式下：最小步进幅度0.1mA调节。 10、皮肤电极单个脉冲 最大输出能量≤300mj。 11、仪器输出最大时，每一个脉冲量≤7uC。 12、自检功能：带刺激警报，出现错误时，有错误信息提示。 13、操作环境：温度 5~40℃，相对湿度≤80%RH，无冷凝。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表九：血液解冻箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1、电源：AC220V、50Hz 2、存水量：18kg±10% 3、水泵流量：>25L/min 4、控制温度：30℃~45℃ 5、控温精度：±0.5℃ 6、加热功率：1200W 7、最大化浆量：4袋(每袋50~200ml) 8、解冻时间：≤20分钟 (200ml×4袋，-20℃扁平冰袋) 9、台式设计，体积小巧，使用方便。 10、采用双CPU控制系统的PLC温控模块，灵敏度高，控温效果好。 11、彩色液晶触摸屏，全中文操作界面，能动态显示温度曲线图、即时解冻时间，实时监测血浆解冻全过程。 12、触摸屏、物理按钮双重控制。 13、自动诊断故障信息，并能自动弹窗提示详细信息，便于产品维护。 14、大容量数据存储功能，实时记录血浆的解冻温度和解冻时间，便于溯源和质量管理。 15、有五路解冻程序，以适应不同容量的冰冻血浆的解冻。 16、可自行设置解冻温度和解冻时间，在解冻过程中可随时调整解冻时间，还可选择不计时循环解冻模式，便于用户即时解冻。 17、可随时加卸载，无需等待，轻松应对即时解冻需求。 18、报警功能：当产品出现超温或故障时，具有声、光双重报警及弹窗提示功能，并可以一键消警。 19、大容量且轻柔的水循环系统，无瞬间温差、无“热点”，不破坏血浆有效成分，能够迅速、充分地融化血浆，减少纤维蛋白的析出，保证冰冻血浆的解冻质量。 20、配备解冻专用袋，隔离每个血浆袋，有效防止交叉污染，确保血浆袋外面干爽、清洁，保证标签清晰、不脱落 21、可移动的透明盖、不锈钢解冻篮和解冻专用袋，放、取方便。 22、具有自动进水功能，设有一键清洗功能。 23、采用不锈钢水箱，便于清洁和消毒。 24、采用高精度温度传感器，控温稳定、准确。 25、采用品牌循环水泵，静音运转，性能可靠。 26、配有漏电保护插头，有自动断电功能。 27、提供省医疗器械检验所出具的《检验报告》。 28、具有有效期内的二类医疗器械注册证。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十：注射泵 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、一般规格和要求： 设备先进、结构合理； 2、主要技术和性能要求： 2.1 功能和质量要求 安全要求： 2.11安全防护可靠，防护类型： CFI、IP24、IEC60601-1-2 /YY0505、主副CPU； 2.12在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 2.13压力报警阈值3档可调； 2.14阻塞回撤功能(Anti- Bolus)： 当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 2.15防虹吸功能： 防止药液在暂停期间任意流出； 2.16满足救护车标准，适合在户外急救和车 载情况下使用 2.2精度要求： 2.21速率$\geq 1\text{ml/h}$： 精度$\leq \pm 2\%$； 2.22快速启动功能： 实现快速给药、缩短给药延迟时间； 2.23在线滴定功能： 安全不中断输液而更改速率。 3、基本要求： 3.1 速率 范围： 0.1-1500ml/h, 递增： 0.1ml(0.1-999.9ml/h)； 3.2预置总量范围： 0.1-9999ml, 递增： 0.1ml； 3.3预置时间范围： 00:00:01-99:59:59(h: m:s)； 3.4安装固定：可固定在 输液支架上； 3.5快推“bolus”： 0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增 3.5.1 KVO： 0.5ml/h； 3.6自动识别注射器规格： 5ml、10ml、20ml、30ml、50ml； 3.7屏幕不小于2.5”，同屏显示： 速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息； 3.8主机自带提手，方便携带 3.9分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.10电池工作时间 > 6 小时@5ml/h， 3.11供电： AC 100V- 240V, 50/60Hz, DC 10-16V； RS232接口： 数据传输、护士呼叫、DC连接；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十一： 遥测系统 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	遥测监护仪参数 1、标准配置：3/5导心电、血氧、护士呼叫功能。 2、电池：连续工作不少于36小时。 3、整机小巧轻便，需小于150克(不含电池和 配附件)。 4、3/5导心电可选，导联自动识别。 5、可升级选配Masimo和Nellcor血氧。 6、遥测盒子IPX3级防水。 7、一体化电池盖板，防止脱落和丢失。且具有反极性保护，电池装反不导通。 8、遥测监护仪应具有软件自动开关功能，插上心电电缆或血氧探头自动进入工作状态，附件脱落、移除20秒后自动进入软件关机状态。 9、需具备护士呼叫按钮，防止意外情况。 10、需具有挂绳及绑带，方便病人携带。 11、覆盖范围：明视距离不低于90m ,可灵活选择方案，覆盖距离可延伸。 中央站参数 1、要求中央站最多 可同时支持128台遥测监护仪在线监测，满足科室不同病床数量的集中监护需要。 2、多屏显示：单屏、双屏可选，最多可支持四屏显示。 3、中央站界面上可显示 遥测监护仪电池剩余电量情况、接收信号强度等信息。 4、可显示床旁机的所有报警功能，并可根据报警优先级进行提示。 5、具有病人管理功能，支持查询、编辑、删除操作。 6、支持多条件查询，可通过病历号、病人姓名等信息进行查询。 7、支持病人数据回顾，包括：所有病人、病人信息、波形回顾、报警回顾、趋势回顾，支持数据的导入、导出，打印等。 8、海量数据存储，需最多可支持20,000个历史病人监护数据的存储与回顾。 9、使用权限管理，数据的导入导出、报警静音设置、用户设置、系统修改设置等敏感问题需得到密码授权才能操作，充分保证数据安全。 10、需支持HL7协议，支持连接医院HIS等临床系统。 11、配置要求:遥测盒10个
		说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十二：心电图机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		输入电路 1、心电输入：12导联同步采集，10电极 2、导联选择：自动或手动 3、输入方式：浮地输入

- 4、输入保护： 标配导联线内附除颤保护电 路
- 5、采样率： 8000 Hz/8Ch
- 6、模数转换精度 $\leq 1.25 \mu\text{V}$
- 7、输入阻抗： $\geq 50\text{M}\Omega$
- 8、耐极化电压： $\geq \pm 550\text{mV}$
- 9、共模抑制比： $\geq 105\text{dB}$
- 10、频率 响 应： 0.05Hz-150Hz(+0.4/-3 dB)
- 11、标准灵敏度： 10mm/mV, 误差 $\leq \pm 2\%$
- 12、时间常数： ≥ 3.2 秒
- 13、滤波器： 低通滤波、肌电滤波、交流 滤波、基线抑制滤波
- 14、低通滤波 75Hz, 100Hz, 150Hz 三档
- 15、肌电滤 波 25Hz/35Hz 二档
- 16、交流滤波 50Hz或60Hz
- 17、基线抑制 强/弱 二档
- 18、增益/灵敏度选择： 5, 10, 20mm/mV, 手动或自动
- 19、不正常状态检测： 电极脱落报警，高频噪声过高报警
- 20、电极脱落： 液晶显示器显示脱落部位显示和记录
- ★1、显示方式： $\geq 4.8"$ 液晶显示
- 2、显示分辨率： 320x240
- 3、显示导联数： 同屏12导联， $\geq 2.8\text{s}$
- 4、显示内容： 程序型号、 版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息(ID 号 码、年龄、性别)、计时标记、电极松脱、噪音等。
- 5、记录器： 内置高 分 辨率热线阵打印。
- 6记录纸宽度： 63mm 卷纸
- 7、记录道数： 1, 1+1, 3道
- 8、走纸速度： 25, 50mm/s
- 9、无纸检出： 记录纸用完后自动停止走纸并 报 警
- 10、打印数据： 程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、 导联 名称、滤波器、患者信息(ID号码、年龄、性别)、计时标记、电极松 脱、噪 音、计时标记、心电波形、分析报告等。。
- 11、操作模式： 可自动 或手动。 自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失 常波形，且 支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。 负荷后检查。 节 律记录。 复 制记录。
- ★12、测量分析： ECAPS 12C 自动测量分析算法，符 合IEC-60601- 2-51性能要求
- 13、自动测量参数： 包括心率、PR间期、QT /QTc、P/QRS/T电 轴、RV5/SV1电压等值
- 14、自动分析结果： 5大类判断结 论，241种分析结论 建议，数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文

	切换，支持明尼苏达 码表示。 15、其它输出接口： SD，USB，LAN ★16、存 储和传输： 内置40份 心电图，支持SD卡存储扩展 ★17、提示音： QRS同步 或热笔拟笔音 18、输入 键： 键位支持直接输入患者ID号 19、心律失常检 测： 具备心律失常检测并 自动延长记录的功能 20、QTc算法： ECAPS， Bazett, Fredericia等四种可 选 21、重量： ≤1.7Kg (不含电池) 22、安 全性： 电击防护类型: I类CF 型。 23、交流： 100-240±10% 24、直流： 长效可充电电池，充满电可连续 打印工作120分钟以上。
--	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表一十三：心电图机 是否允许进口：否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
		1、心电输入 12导联同步采集，10电极 2、导联选择 自动或手动 3、输入方 式 浮地输入 4、输入保护 标配导联线内附除颤保护电路 5、采样率 8000 Hz /8Ch 6、模数转换精度 ≤2.5 μV 7、输入阻抗 ≥50MΩ 8、耐极化电压 ≥±550mV 9、共模抑制比 ≥100dB 10、频率响应 0.05Hz-150Hz(+0.4/-3 dB) 11、标准灵敏： 10mm/mV, 误差≤±2% 12、时间常数 ≥3.2秒 13、滤 波器 低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 14、低通滤波 75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 15、肌电滤波 25Hz/35Hz 二档 16、交流滤波 50Hz或 60Hz 17、基线抑制 强/弱/关闭三档 18、增益/灵敏度选择 5，10，20mm/mV，手动或自动

1

- 19、不正常状态检测 电极脱落报警，高频噪声过高报警
- 20、电极脱落 液晶显示器显示脱落部位
- 21、显示方式：≥7"液晶显示
- 22、视角调节： 0-100度无极调节
- 23、显示分辨率： 800*480
- 24、显示导联数： 同屏12导联
- 25、同屏显示时长 ≥5s
- 26、解析结果屏幕显示 支持
- 27、显示内容：内部存储器信息、网络连接信息、服务器同步信息、系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、工作模式、标记
- 28、记录器：内置高分辨率热线阵打印。
- 29、记录道数：功能和质量要求 3, 3+1, 6, 12道，12+6
- 30、走纸速度：10, 12.5, 25, 50mm/S 31、无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警
- 32、打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息(ID号码、年龄、性别)、电极检出、噪声、计时标记、事件 标记、心电波形、分析报告 等。
- 33、操作模式 自动记录模式(实时) 自动 记录模式(回顾) 冻结记录 模式(180S) 手动记录模式 synEci18 记录 二阶梯实验 运动后检查(含自 动分析) RR间期检查
- 34、测量分析：性别年龄特异性自动测量分析算法
- 35、自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电 压等值
- 36、自动分析结果： 5大类判断结 论，200种以上分析结论建议，数字 编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换，支持两版明尼苏达码表 示。 支持右胸后壁导联独立分析 支持18 导联ST-Map输出
- 37、外部输入： 10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ支持连 接心音脉搏波放大器模拟信号。 38、信号输出： 0.5V/1mV±5%，输出阻抗 ≤100Ω，输出短路时不损坏心电图 机
- 39、其它接口： USB/SD等电位接地端 口
- 40、存储 支持标准和压缩两种文 件存储形式，内置400份心电图存储容量。外置存储SD卡扩展，最高支持 32GB 支持PDF文件保存
- 41、网络 自带 LAN接口，支持有线网络连接 支持USB 方式无线网络连接
- 42、输入键：键位支持直接输入患者ID号
- 43、打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能
- 44、心律失常检测： 具备心律失常检 测自动延长记录的功能
- 45、重量：≤4.2Kg
- 46、安全性：电击防护类型: I 类CF型。
- 47、交流：100-240±10%
- 48、直流：长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上。
- 49、本机自动检测与智能帮助程序支持

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表一十四：离心机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、最高转速：4200r/m; 最大相对离心力：3387×g ★2、水平转子配置：600ml×4、15ml×40(尖底带盖)。5ml×96(真空采血管) 3、定时范围：1~99min/连续离心; 噪音：≤60 dB 4、转速精度：±10 rpm; 微电脑控制、数码显示 ★5、无碳刷交流变频电机驱动；转子吊杯带风盾 电动门锁，电机启动自动上锁，确保运行安全 设有离心力显示专用键，可随时观察离心力 ★8、具有自动平衡装置和自动平衡保护，不平衡偏重最大可达30克 9、运行中可随时更改参数，无需停机；全钢制结构，双层钢板防护
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十五：辐射监测仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、可探测辐射: Alpha (高于7.5 MeV), Beta (高于 100 keV), and Gamma(高于7keV) 2、操作量程: 1) .0 到 5 mR/h 或 0 到 50 μSv/h 2) .0 到 50 mR/h 或 0 到 500 μSv/h 3) .0 到 500 mR/h 或 0 到 5 mSv/h 4) .0 到 5 R/h or 0 或 50 mSv/h 5) .0 到 50 R/h or 0 或 500 mSv/h 3、精度: 任何量程, 在满量程刻度显示的10%至100%之间为10%，校准源为137Cs。 4、操控: 自动清零、自动量程及自动点亮背景灯 5、电源: 9V 碱性电池, 两节200小时操作时间, 预热时间1分钟。 6、模式: 1.累积模式: 开机后, 连续工作30秒。即是在显示单位为mR或R/h时, 仍然可以执行累积模式 2.冻结模式: 将在条形图上放置标识来保持峰值。设备将继续读取和显示当前辐射剂量值 7、环境要求: -20°到+70°C/0到100%, 在+60°C
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十六：铅防护服 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、铅当量≥0.5mmpb 2、可分体或连体 3、颜色：蓝色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十七：铅围脖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、铅当量≥0.5mmpb 2、大领异型 3、颜色：蓝色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十八：铅帽 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、铅当量≥0.5mmpb 2、颜色：蓝色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十九：铅围裙 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、铅当量≥0.5mmpb 2、颜色：蓝色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十：铅眼镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、铅当量≥0.5mmpb
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十一：小儿铅围脖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、铅当量≥0.5mmpb 2、颜色：蓝色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十二：铅领套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、铅当量≥0.5mmpb 2、颜色：蓝色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十三：成人侧壁钳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.主动脉侧壁钳，弯折柄，DeBakey无损伤齿，长度20cm。 2采用医用不锈钢材质。 3采用高温高压消毒方式。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十四：外科牵开器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1牵开距离144mm，臂长185mm，叶片尺寸100x30mm，带挂线器 2采用医用不锈钢材质。 3采用高温高压消毒方式。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

合同包2（内蒙古林业总医院专用设备采购项目2包）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	内蒙古林业总医院指定地点
付款方式	1期：支付比例50%，设备到货安装调试验收合格 2期：支付比例40%，使用半年无故障付 3期：支付比例10%，使用一年无故障付清
验收要求	1期：一次性验收，设备安装调试完成，可正常运行
履约保证金	不收取
其他	

2.技术要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	技术要求
1		其他医疗设备	等离子双极电切电凝系统	台	1.00	460,000.00	460,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附件一

附表一：等离子双极电切电凝系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		等离子双极电切电凝系统一套(含：等离子主机、电切内窥镜、双极电 极、脚踏开关)，具有等离子双极电切和电凝的手术功能，适用于泌尿外科前列腺电切、妇科宫腔电切等手术。 ★1、电切内窥镜一套(包含如下)，可连续进出水冲洗对流、要求与等离子主机为同一厂家产品。(提供能证实 以上内容的有效的三类产品注册证为证明文件)。 1.1、内窥镜1支，30°4mm×302mm高清(HD)内窥镜,目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀 性，可高温高压消毒：18分钟134°。 ★1.2、被动式操作器1个，被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳(提供国家有关机构证明资料为支撑依据)。 1.3、外鞘 1支，26Fr设置 进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对 流。 1.4、内鞘1支，24Fr 可360°旋转。 1.5、内鞘进水接头1个，遇尿道 狭窄时可配合 内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术，(提供有此产品注册资料 为证明文件)

1	1.6、闭孔鞘芯1个。 1.7、冲洗接头一个。 ★2、专用双极电 极(双极环状电 极)2支，电极符合国家标准要求即医疗器械管理分类为Ⅲ类 的医疗产品，要 求与等 离子主机为同一厂家产品，单环状自带正负极，电极 与导线一体式双极 功能和质量要求 电极。(提供电极实物照片及 产品注册证 件为证明文件) ★2.1、专用双极电 极(多形状电极)，具有多种手术配套 用的双极电极，包括环状、铲状、杆 状、针状、钩状、滚状 、电凝钩(腹腔镜 用)、腹腔镜用双极电凝钳、多功能凝 切钳等，其中杆状和针状需满足 270mm、330mm、570m m三种规格长度。(提供 电极的实物照片及包含上述电极 的三类产品注册证为证明文件) 3、双踏板脚 踏开关1个，双踏板,符合YY1057-2016标准. 4、等离子体功率源(主机)1 台； ★4.1、具有等离子双 极电切和电凝的手术功能。注册证产品名称应明确 标称为含等离子双极电切 的产品名称。(提供 Ⅲ类产品注册证为证明文 件)。 ★4.2、额定输出频率 $\geq 350\text{KHz}$，切割模式下额定负载$150\Omega\pm 10\Omega$，最大输出功率$200\text{ W}\pm 40\text{ W}$， 凝血模式下额定 负载$100\Omega\pm 10\Omega$最大输出功率 $100\text{ W}\pm 20\text{ W}$，(提供Ⅲ类产 品注册证及产品技术要求作为证明文件) 4.3、 工作状态显示为LCD液晶彩屏 显示，≥ 5.6吋，多界面可同时显示：动态阻抗、 电极状态和切凝的模式、功 率 等图形、字母和数字(提供厂家产品彩页或产品 技术要求为证明文件)。 ★4.4、具有自动识别不同代码(不同功能)双极电极 的功能，并自动设定切割 模式或凝固模式输出的默认功率，无需手 调，并可增 减与显示(提供医疗器 械检测中心的检测材料为证明文件)。 ★4.5、符合高 频手术设备安全要求 GB9706.4-2009,符合内窥镜设备专用安全要求GB9706.19- 2000。(提供医疗 器械检测中心的检测报告为证明文件)。 4.6、具有超负荷 保护装置，当遇 到过载时停止输出同时屏幕提示中文显示“过载”或英方显示 “over current”字样(提 供医疗器械检测中心的检测报告为证明文件)。 ★4.7、 具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示 (提供医 疗器械检测中心的检测报告为证明 材料)。 ★4.8、具有电极安装状态显示 (未接上电极时显示闪烁)。(提供厂家产品彩页或实物解析图片为证 明文 件) 4.9、主机无故障工作时间$\geq 1000\text{h}$(提供产品检测报告或技术要求 作为 证明文件)。 ★4.10、具有电切镜模式下盐水下组织切割与凝血功能；腹腔镜手术模式下腹腔镜手术和开放手术双极电切和电凝功能 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照磋商文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一、评审要求

1.评审方法

磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审原则

2.1磋商小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件规定的办法进行评审。

3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或更正；

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商；

（4）对响应文件进行比较和评价；

（5）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.响应无效的情形

- (1) 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应磋商文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

7.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其补充通知规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定的其他情形。

8.成交

评审结束后，磋商小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二、落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（内蒙古林业总医院专用设备采购项目1包）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（内蒙古林业总医院专用设备采购项目2包）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5供应商属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评审程序

1.资格审查

1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

磋商小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

资格审查表

内蒙古林业总医院专用设备采购项目1包

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人 2021 或 2022 年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1. 提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2. 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前 3 年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	1) 投标人根据所投设备分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造

内蒙古林业总医院专用设备采购项目**2**包

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人 2021 或 2022 年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1. 提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2. 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前 3 年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特定资格要求	1)投标人根据所投设备分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》;投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》;投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。
面向中小企业情况审查	参与的供应商(联合体)提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造

2. 符合性审查

2.1 磋商小组依据磋商文件的规定,从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查,以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2 符合性审查中有任意一项未通过的,评审结果为未通过,未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

内蒙古林业总医院专用设备采购项目1包

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。(审查汇款凭证)
投标报价	投标报价(包括分项报价,投标总报价)只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价,投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求;响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”,且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量; 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形;围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

内蒙古林业总医院专用设备采购项目2包

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。(审查汇款凭证)
投标报价	投标报价(包括分项报价,投标总报价)只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价,投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求;响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”,且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量; 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形;围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3. 磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件,并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6.综合评分

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

内蒙古林业总医院专用设备采购项目1包

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术水平及性能 (35.0分)	（1）.标“★”技术参数为重要技术参数，不接受负偏离。（2）.投标人一般技术参数（非标“★”的技术参数）无负偏离得35分，若出现负偏离，每有1项减0.98分，如负偏离超过10项，该项（技术水平及性能）记为0分。注：技术参数按序号分项（序号有分级的按分级分项）。每级序号下无序号的算一项。
	技术方案 (15.0分)	针对 1、调试、应急维护方案2、对供货期限的保证措施3、质量、安全管理体系与措施进行综合比较评价： 方案全面详细，针对性、可操作性强，完全满足项目要求，得15分； 方案基本合理，内容相对完善，得8分； （3）方案偏简单，不能够满足项目要求，得3分； （4）其他或无相关内容，不得分。
商务部分	类似业绩 (5.0分)	投标企业提供2020年1月1日以来同类项目业绩进行评审。（须提供中标通知书或采购合同原件扫描件，否则不得分）。每提供一份真实有效且齐全得2.5分， 本项最高得5分。注：时间以合同签订时间为准。
	培训方案 (5.0分)	根据供应商提供的培训方案进行评价，内容包括但不限于以下内容：培训方案是否符合项目需求；具有培训方案、培训内容、培训时间、培训地点、 培训人员。 提供的方案完善、合理，得5分； 提供的方案不够详细、缺乏合理性，得3分； （3）提供的方案未提供，不得分。
	售后服务方案 (10.0分)	根据供应商提供的售后服务方案进行评价，内容包括但不限于以下内容：售后服务体系、管理制度、售后服务内容（售后服务点、备品、备件有库存、供应及时、服务标准、年限、响应时间、定期回访等）。 服售后方案内容清晰、明确，服务思路针对性强的得10分； 售后方案有效但不全面的，得6分； 售后方案不符合实际、内容不完整，得3分； 无方案不得分。

投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
------	----------------	--

内蒙古林业总医院专用设备采购项目2包

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术水平及性能 (35.0分)	（1）.标“★”技术参数为重要技术参数，不接受负偏离。（2）.投标人一般技术参数（非标“★”的技术参数）无负偏离得35分，若出现负偏离，每有1项减3.18分，如负偏离超过5项，该项（技术水平及性能）记为0分。 注：技术参数按序号分项（序号有分级的按分级分项）。每级序号下无序号的算一项。
	技术方案 (15.0分)	针对 1、调试、应急维护方案2、对供货期限的保证措施3、质量、安全管理体系与措施进行综合比较评价： 方案全面详细，针对性、可操作性强，完全满足项目要求，得15分； 方案基本合理，内容相对完善，得8分； （3）方案偏简单，不能够满足项目要求，得3分； （4）其他或无相关内容，不得分。
商务部分	类似业绩 (5.0分)	投标企业提供2020年1月1日以来同类项目业绩进行评审。（须提供中标通知书或采购合同原件扫描件，否则不得分）。每提供一份真实有效且齐全得2.5分， 本项最高得5分。 注：时间以合同签订时间为准。
	培训方案 (5.0分)	根据供应商提供的培训方案进行评价，内容包括但不限于以下内容：培训方案是否符合项目需求；具有培训方案、培训内容、培训时间、培训地点、 培训人员。 提供的方案完善、合理，得5分； 提供的方案不够详细、缺乏合理性，得3分； （3）提供的方案未提供，不得分。
	售后服务方案 (10.0分)	根据供应商提供的售后服务方案进行评价，内容包括但不限于以下内容：售后服务体系、管理制度、售后服务内容（售后服务点、备品、备件有库存、供应及时、服务标准、年限、响应时间、定期回访等）。 服售后方案内容清晰、明确，服务思路针对性强的得10分； 售后方案有效但不全面的，得6分； 售后方案不符合实际、内容不完整，得3分； 无方案不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

7.汇总、排序

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六章 合同与验收

一、合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

供应商代表签字：
年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

供应商按照以下格式编制响应文件。

响应文件封面格式：

（项目名称）

响应文件

（正本/副本）

项目编号：

包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

（供应商名称）（盖章）

年 月 日

响应文件目录格式：

目 录

- 一、响应承诺书
- 二、首轮报价表
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳磋商保证金证明材料
- 六、供应商基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、供应商业绩情况表
- 二十一、各类证明材料

响应文件正文格式：

一、响应承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的采购，项目编号：_____，我方自愿参与，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目磋商文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方在报价表中的报价为响应总报价。

四、我方同意提供贵方要求的与磋商有关的任何数据和资料。

五、我方将按照磋商文件、响应文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

六、我方响应报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方提供的响应文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

九、若我方成交，愿意按有关规定及磋商文件要求缴纳代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、首轮报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表，若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表，且与“投标客户端”生成的首轮报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

首轮报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称

序号	采购项目名称/包名称	总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

首轮报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

三、分项报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

（一）货物

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

（二）服务

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1								

1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

（三）工程

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	项目经理	执业证书	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	项目经理	执业证书	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									

...	...									
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

供应商（盖章）：

日期：

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的采购，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改磋商项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

五、缴纳磋商保证金证明材料

供应商应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

供应商提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加_____（项目名称）的采购，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体采购事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加采购活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 磋商文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

供应商名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	技术要求		响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“技术要求”栏应详细列明磋商文件中的技术要求。

2.“响应内容”栏填写供应商对磋商文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按磋商文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

二十、供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

二十一、各类证明材料

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。