

# 第二批医疗设备采购项目

## 公开招标文件

采购单位名称：巴彦淖尔市医院

采购代理机构名称：内蒙古瑞普招标代理有限责任公司

项目编号：**BSZCS-G-H-230033**

**2023年06月04日**

# 目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

内蒙古瑞普招标代理有限公司受巴彦淖尔市医院委托，采用公开招标方式组织采购第二批医疗设备采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：第二批医疗设备采购项目

项目编号：BSZCS-G-H-230033

采购计划备案号：巴财购备字[2023]03311号

### 2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	诊断医疗设备	1	详见招标文件	7,750,000.00
2	诊疗类医学设备	1	详见招标文件	9,450,000.00
3	手术类医疗设备	1	详见招标文件	1,775,000.00

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体响应，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,投标人应当具备特定行业法定准入要求）。

5.本项目的其他资质要求：

合同包1（诊断医疗设备）：

1)打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包2（诊疗类医学设备）：

1)打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包3（手术类医疗设备）：

1)打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古瑞普招标代理有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区南二环北侧汇商广场B2座9023室

联系人：李呈祥

联系电话：18647897952

采购单位名称：巴彦淖尔市医院

地址：临河区乌兰布和路98号

联系人：贾先生

联系电话：8415027

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共3包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（诊断医疗设备）：综合评分法 包2（诊疗类医学设备）：综合评分法 包3（手术类医疗设备）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受 包3： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。 采购机构代理服务收费标准：内建工协（2022）34号文件

15	投标保证金	诊断医疗设备：保证金人民币：150,000.00元整。诊疗类医学设备：保证金人民币：180,000.00元整。 手术类医疗设备：保证金人民币：30,000.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章 要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
18	是否专门面向 中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 采购包3：非专门面向中小企业
19	有效投标人 家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（诊断医疗设备）：总价 合同包2（诊疗类医学设备）：总价 合同包3（手术类医疗设备）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项

目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

**2.1.3** 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

**2.1.4** 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

## **2.2** 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

**2.3** 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## **3.全流程电子化交易**

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

### **3.1** 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 **CA** 证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的;
- (2) CA证书无法解密投标文件的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的;
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

## 4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

### 三.说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指巴彦淖尔市医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古瑞普招标代理有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活

动。

## **6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：**

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

## **7.语言文字以及计量单位**

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## **8.现场踏勘**

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## **9.其他条款**

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## **四.招标文件的澄清或者修改**

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时了解相关信息的责任。

## **五.投标文件**

### **1.投标文件的构成**

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### **2.投标报价**

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表(报价表)的总价为准,并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力,但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容,投标人不确认的,其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写,“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表(报价表)”、“分项报价表”,若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表(报价表)”、“分项报价表”,且与“投标客户端”生成的“开标一览表(报价表)”、“分项报价表”信息内容不一致,以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的,采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的,招标人应当重新招标。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。

### 4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件,否则视为自动放弃投标。

### 5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后,投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品,仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的,样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前,投标人应将样品送达至指定地点,并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的,投标人应提前做好演示准备(包括演示设备)。

6.3 采购活动结束后,对于未中标投标人提供的样品,应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理;对于中标投标人提供的样品,应当按照招标文件的规定进行保管、封存,并作为履约验收的参考。

## 六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1. 开标

#### 1.1 程序

(1) 宣布纪律;

(2) 宣布相关人员;

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密,由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容(以开标一览表要求为准);

(4) 参加人员对开标结果进行确认;

(5) 开标结束。

#### 1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的,应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

## 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

### 2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

## 资格审查表

### 诊断医疗设备

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料（2021或2022年度财务审计报告）。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（2022年至今任意1个月证明材料）。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
技术重点参数	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

### 诊疗类医学设备

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料（2021或2022年度财务审计报告）。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（2022年至今任意1个月证明材料）。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
技术重点参数	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

#### 手术类医疗设备

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料（2021或2022年度财务审计报告）。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（2022年至今任意1个月证明材料）。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
技术重点参数	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

### 3. 评标

详见第五章

### 4. 中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

### 5. 中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七. 询问、质疑与投诉

### 1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### 3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

## 第三章 招标内容与技术要求

### 一. 项目概况

采购医疗设备大型血管造影机、移动式数字C型臂X线机等设备，满足医院日常诊疗工作

### 二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（诊断医疗设备）

#### 1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后20个日历日内交货
标的提供的地点	巴彦淖尔市医院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例70%，安装验收完成后，30天内支付 2期：支付比例30%，质保期满，30天支付尾款
验收要求	1期：按照合同约定执行
履约保证金	不收取
其他	分项报价表：投标人需另附详细分项报价表，需体现，生产厂家、单价、数量、总价

#### 2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1	△	医用X线诊断设备	诊断医疗设备	批	100	7,750,000.00	7,750,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一

附表一：诊断医疗设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<h3>单 C臂全数字化平板探测器心血管造影系统</h3>
	1	设备名称：单 C臂全数字化平板探测器心血管造影系统
	2	数量：1套
	3	设备用途：可以完全满足全身介入如：腹部，神经，血管及心脏等介入放射学检查与治疗
	4	提供中国医疗器械注册证。
		<b>技术要求和参数</b>
		<b>一、 机架系统（C型臂）</b>
	7	落地式全自动单向 C型臂
	8	机架系统机械轴≥3轴
	9	机架系统所有轴可电动
	10	不需要移动床面，机架可位于床的头侧及左右两侧进行透视和采集
	11	C臂的滑动轴、旋转轴和主轴旋转时三个轴的中心点保持一致，即单独旋转任何一轴都不改变视野中心，二轴或三轴同时旋转也不改变视野中心
	12	C型臂能从多方切入无显示死角

- 13 具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动
- ▲14 落地机架旋转轴旋转角度范围： $LAO \geq 110^\circ$   $RAO \geq 100^\circ$
- 15 落地机架滑动轴旋转角度范围： $CRA \geq 50^\circ$   $CAU \geq 45^\circ$
- 16 机架各臂能单轴、双轴或三轴同时运动
- 二、 导管床系统
- 17 落地式导管床，床面为碳纤维合成并有床垫
- 18 承重： $\geq 300\text{KG}$
- 19 床长（不含延长板） $\geq 300\text{cm}$
- 20 床宽 $\geq 46\text{cm}$
- 21 纵向移动 $\geq 120\text{cm}$

- 22 横向移动 $\geq 28\text{cm}$
- 23 床面水平旋转 $\geq 180$ 度
- 24 垂直移动范围 $\geq 28\text{cm}$
- 25 床面最低高度 $\leq 78\text{cm}$
- 三、 **X线发生器系统**
- 26 高频逆变高压发生器，功率 $\geq 100\text{KW}$
- 27 高压逆变频率 $\geq 60\text{KHz}$
- 28 管电压范围 $40\text{-}125\text{kV}$
- 29 最短曝光时间 $\leq 1\text{ms}$
- 30 全自动智能曝光控制
- 四、 **球管系统**
- 31 最大管电流 $\geq 1000\text{mA}$
- ▲32 球管阳极热容量 $\geq 3.7\text{MHU}$
- 33 球管阳极散热功率 $\geq 6700\text{W}$
- 34 管套热容量 $\geq 6.7\text{MHu}$
- 五、 **数字化平板探测器**
- 1 35 采用非晶硅数字化平板探测器技术
- 36 平板有效探测面积要求边长 $\geq 26\text{cm}\times 26\text{cm}$
- ▲37 平板分辨率 $\geq 2.5\text{LP/mm}$
- ▲38 平板像素尺寸 $\leq 200\mu\text{m}$
- 39 态范围平板 $\geq 16\text{bit}$
- 40 视野 $\geq 5$ 视

## 六、 透视与采集

- 41 具备低剂量模式，并可一键操作中文操作界面
- 42 外周采集、处理、存储 $1024^2$ 矩阵
- 43 可进行减影透视和非减影透视
- 44 在透视过程中，不间断透视，就可以进行减影透视背景的百分比调整
- 45 透视路图功能
- 46 在无 X-Ray射线条件下，可进行视野大小的调整
- 47 最大脉冲透视速度 $\geq 30$ 幅/秒
- 48 具有三维采集模式，最大角度 $\geq 200^\circ$ 最快速度 $\geq 40^\circ$ /秒
- 49 有独立的原厂三维重建工作站硬件和软件
- 50 提供动脉瘤的自动分析，能够在工作站完成
- 51 提供工作站上导管头模拟塑形  
提供心室功能分析，可对血管段进行二维测量及狭窄功能分析
- 52 提供神经血管拉直分析
- 53 提供神经血管内支架拉直
- 54 提供二维和三维血管同步标测
- 55 提供心脏三维实时路图
- 56 提供术中心脏支架实时精显
- 57 提供下肢血管跟踪造影功能（非步进或步进式血管造影功能）
- 58 提供透视序列或采集序列缩略图多幅显示
- 59 提供透视存储序列和采集序列回放功能

## 七、 测量分析

- 60 心室功能分析，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定
- 61  $\geq 2$ 种方法以上室壁运动曲线测量
- 62 冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量
- 63 以上测量分析功能均需在主机上实现，非第三方工作站功能。

## 八、 网络与接口

- 64 提供远程维修接口
- 65 具有激光相机接口
- 66 具有高压注射器接口  
具备USB、DVD/CD图像输出功能  
拓展显示器输出接口

## 九、 附件

- 67 具有双向对讲系统
- 68 具备整个系统的升级能力
- 69 具有图像处理操作面板
- 70 红外遥控器 $\geq 1$ 个
- 71 具有悬吊式射线防护屏
- 72 具有床旁射线防护帘

- 73 具有悬吊式手术灯
- 74 具有中文操作手册
- ★75 加配高压注射器\*1
- ★76 加配医用单臂吊塔\*1台及安装服务
- ★77 加配空气洁净屏和高效滤网5套及安装服务
- 78 原厂提供保修期≥1年，
- 79 具有DICOM获取患者信息、存储等功

### 电生理标测系统技术参数

★数量：1台

1、计算机系统：CPU≥4核,内存≥8G，硬盘≥2T，正版中文WINDOWS操作系统

2、显示器：尺寸≥24寸；数量≥4台

3、打印机：高速高分辨率激光打印机。

▲4、前置放大器：通道数≥100个通道，其中磁定位通道≥50个，心内通道≥32个，全体表通道≥12个，有创血压通道≥2个，外刺激信号输入通道≥4个，模拟信号输出通道≥4个。

▲5、有创血压≥-30 mmHg~300 mmHg（提供检测报告说明）

6、心率检测显示≥30~300 BPM。

7、高通滤波：体表高通0.05Hz、0.50Hz、1Hz，心内高通DC、0.05Hz、0.50Hz、10Hz、30Hz、100Hz。

8、低通滤波：心内低通200Hz、400Hz、600Hz、800Hz，体表低通20Hz、30Hz、100Hz、150Hz

9、幅值转换：1mV、2mV、4mV、10mV、20mV、40mV、100mV、200mV。（每档位数值需要提供检测报告证明）

10、▲具有内置刺激功能，且三维标测的软件可以控制内置刺激仪的输出，外置刺激仪将视为不符合要求。（提供检测报告说明）

11、▲内置刺激仪同时具有电压刺激和电流刺激两种模式。（提供检测报告说明）

12、▲内置刺激仪电压刺激：1V~8V，采用步进可调，步进0.5V。（提供检测报告说明）

13、▲内置刺激仪电流刺激≥0.2mA~25.0mA，步进为0.2mA。（提供检测报告说明）

14、刺激仪具有紧急起搏

15、波形走速：25 mm/s、50 mm/s、100 mm/s、150 mm/s、200 mm/s、300 mm/s、400mm/s。

16、▲模拟输出：>2路模拟信号输出。

17、▲模拟输出：可选任意体表、心内和有创压力通道作为输出（提供检测报告说明）。

18、▲消融控制：可在三维标测系统上对心脏射频消融仪进行远程显示和控制。

19、具有X影像显示和存储功能。

20、▲采用磁电融合定位，定位精度±1.0mm。

21、具有模型裁剪、模型切口、模型复制重构功能。

22、具有模型擦除和模型擦除恢复功能，可恢复模型误擦除丢失的模型信息。

23、具备手动标测和自动标测两种标测模式。

24、具备密集点（高密度）标测功能。

25、▲模型测量工具：可以测量模型的距离，表面积，容积。

- 26、集成完整电生理记录系统，系统每个通道可独立设置滤波、陷波参数、显示颜色，可以更改通道的增益、刷新速度等;并提供模板保存功能，保存以上设置。
- 27、▲三维建模模块、电生理记录系统、内置刺激仪、射频消融仪四机一体，四种设备的参数及图形均能在心脏三维标测系统上同步显示及存储。
- 28、▲具备中文操作界面。
- 29、▲具备同品牌心脏射频消融仪，灌注泵（提供注册证）。
- 30、▲具备同品牌外置刺激仪的生产能力，满足未来临床的一体化配置的需求（提供外置刺激仪产品注册证）。
- 31、▲配置同一厂家心脏射频消融仪壹套，射频仪控制方式包括:温度控制，功率控制（提供产品注册证）。
- ★配备心脏射频仪1台
- 1、▲射频仪射频可调节输出功率范围 $\geq 1-100W$ ，最低调节幅度 $1W$ （提供检测报告证实）。
  - 2、▲射频仪具备功率率控制模式和温度控制模式；在温度控制模式下，温度检测范围不小于 $20-95^{\circ}C$ （提供检测报告证实）
  - 3、▲射频仪可以与灌注泵连接，由心脏射频消融仪控制灌注泵高/低灌注流速的切换
  - 4、▲射频仪可以选择只连接一个或者同时连接两个中性电极片，满足不同应用场景的需求（提供检测报告证实）
  - 5、▲阻抗检测范围 $\geq 10-300\Omega$ （提供检测报告证实）。
  - 6、▲低阻抗设置范围 $20\Omega-200\Omega$ ，高阻抗设置范围 $50\Omega-300\Omega$ （提供检测报告证实）
  - 7、消融时间设置范围 $\geq 0-300s$ 。
  - 8、射频仪温度全程实时显示:导管连接之后即全程实时显示导管温度。
  - 9、射频仪阻抗全程实时显示:导管连接之后即全程实时显示导管阻抗。
  - 10、射频仪具有提示消融电极与组织贴靠程度的功能（提供检测报告证实）。
  - 11、▲射频仪具有参数模板保存功能;可根据不同手术类型设置参数并保存模板，便于根据情况快速设置参数。
  - 12、▲射频仪与同品牌三维心脏电生理标测系统联动使用时，可在三维系统上显示射频仪消融参数，并可在三维系统上设置射频仪参数。
- ★配备灌注泵 1台
- 1、灌注泵和心脏射频消融仪配套使用，射频消融时最高灌注流速 $\geq 40ml/min$
  - 2、低流速范围 $\geq 1-5ml/min$ ，以 $1ml/min$ 步进量进行调整
  - 3、高流速范围 $\geq 6-40ml/min$ ，以 $1ml/min$ 步进量进行调整
  - 4、可记录和显示总体灌注流量和实时流量，并可手动清零总体灌注流量

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包2（诊疗类医学设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后20个日历日内交货
标的提供的地点	巴彦淖尔市医院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例70%，安装验收完成后，30天内支付 2期：支付比例30%，质保期满，30天支付尾款

验收要求	1期：按照合同约定执行
履约保证金	不收取
其他	分项报价表：投标人需另附详细分项报价表，需体现，生产厂家、单价、数量、总价

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1	△	其他医疗设备	诊疗类医学设备	批	1.00	9,450,000.00	9,450,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一

附表一：诊疗类医学设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p style="text-align: center;"><b>4K荧光腹腔镜系统</b></p> <p>★数量：1套</p> <p><b>一、摄像系统主机</b></p> <p>1. 摄像系统主机可兼容4K分辨率超高清荧光摄像头，具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160P 60Hz动态图像</p> <p>2. 摄像系统主机支持五种图像模式：白光、亮荧光、暗荧光、三分屏和二分屏</p> <p>3. 采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示；</p> <p>4. 摄像主机内置刻录功能，可进行静态和动态图像采集功能，并通过USB端口进行录像和图片输出，主机内置USB接口，≥3个；摄像主机具备USB移动设备识别功能，可读取移动设备并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间；</p> <p>5. 出厂预设手术模式选择，满足胸腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜等常见镜种的手术；</p> <p>6. ▲摄像头具备快捷遥控按钮，可进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置；</p> <p><b>二、LED冷光源</b></p> <p>7. 设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源；</p> <p>8. 设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整；</p> <p>10. LED灯泡工作寿命≥60000小时；光输出最大中心照度≥3000000LUX；可进行多级亮度调节；</p> <p>★三、高流速气腹机1台</p> <p>11. 流速≥45升/分钟，流量调节范围0.1-45L/min；</p> <p>12. 采用触摸屏设计，能够进行设置操作，显示参数和故障信息，屏幕尺寸≥6英寸；</p> <p>13. 具备≥5种手术模式，满足不同手术需求；</p> <p>14. 具有排烟功能，最大排烟流量≥10L/min；气腹机末端CO2气体加热功能；</p> <p>15. ▲与影像链成像系统为同一制造商，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。</p> <p><b>四、腹腔镜镜头</b></p> <p>16. ▲与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高；</p> <p>17. 直径10mm，30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm；</p> <p>18. 视场中心角分辨力≥7.0C/(°)；</p>

19.大景深光学视管，有效景深3mm-190mm;

20.▲可进行高温高压、低温等离子等灭菌，高温高压灭菌次数≥500次。

#### 五、医用监视器

21.4K医用LCD监视器，≥31寸；支持3840\*2160P 50/60Hz超高清4K显示；

22.显示器对比度≥1400:1；

#### 六、医用台车

23.台车可放置31寸及以上医用4K医用监视器。

#### ★七、高频电刀1台

24.▲可满足腹腔镜手术中单双极使用需求，并具备超声刀功能

25. ▲可同时连接≥1把超声刀头、≥2把单极器械、≥1把双极器械。

26.具备全彩LCD触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。

27.超声刀功能可切割和凝闭直径≤ 5mm 的血管或其它软组织.

## 介入手术用移动式数字平板C形臂X线机及配套设备

### ★数量1台

#### 技术要求

- 1 投标产品为获得FDA、CE及中国CFDA认证
- ▲2 投标产品具备三类医疗器械注册 需提供证明材料
- 3 最大输出功率  $\geq 2.5\text{KW}$
- 4 球管具备双焦点
- 5 阳极热容量  $\geq 75\text{KHU}$
- ▲6 具备CMOS晶体硅材质平板探测器 需提供证明材料
- ▲7 平板探测器尺寸  $\geq 31\text{cm} \times 31\text{cm}$  需提供证明材料
- 8 图像采集最大像素矩阵  $\geq 1.5\text{k} \times 1.5\text{k}$
- 9 平板探测器为C臂主机原厂生产
- 2 10 C臂主显示器单屏尺寸  $\geq 27$ 英寸
- 11 主显示器最高分辨率  $\geq 3500 \times 2100$
- ▲12 C臂高度固定时，主显示器可独立垂直升降范围  $\geq 30\text{cm}$  需提供证明材料
- 13 C臂开口  $\geq 75\text{cm}$
- ▲14 C臂电动垂直升降  $\geq 45\text{cm}$  需提供证明材料
- 15 C臂旋转角度  $\geq \pm 200^\circ$
- ▲16 C臂轨道内运动角度  $\geq 150^\circ$  需提供证明材料
- ▲17 C臂台车和工作站一体化集成 需提供证明材料
- ★18 配备ERCPC介入导管床 1张
- 19 导管床台面规格长 $\times$ 宽  $\geq 2200\text{mm} \times (620/710\text{mm})$
- 20 导管床透视区宽度  $\geq 520\text{mm}/620\text{mm}$
- 21 导管床纵向移动行程  $\geq 840\text{mm}$
- 22 导管床台面距地高度  $700 \sim 1060\text{mm}$
- 23 导管床台面具备头足倾斜、左右倾斜功能。

## 低温等离子体灭菌器

### ★数量1台

1. 总容积： $\geq 135L$
2. 腔体结构及材质：腔体结构为矩形，腔体材质采用优质航空铝材，厚度 $\geq 8mm$ 。
3. 门数量： $\geq 1$
4. 材质：采用优质铝合金，厚度 $\geq 20mm$ 。
5. 脚踏开关：具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。
6. ▲过氧化氢提纯功能：具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%（提供检测报告）。
7. 重要部件压力传感器，电磁阀，PLC控制系统为进口品牌（提供产品进口报关单）。
8. 显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、原理图、胶囊使用数量和报警信息等，并提供实际显示屏界面照片。
9. 电脑监控系统：可连接电脑进行系统监控，实现灭菌数据的实时监控和历史运行记录的永久存储。
10. ▲程序设置：根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序
11. 程序运行时间：全循环 $\leq 55$ 分钟；软镜循环 $\leq 45$ 分钟；快速循环 $\leq 26$ 分钟。
12. 卡匣信息检测系统：可识别卡匣生产批次、日期、类型和防伪信息。
13. 灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径 $\leq 1mm$ ，长度 $\geq 2000mm$ ；不锈钢管腔PS-100X、PS-150X：直径 $\leq 1mm$ ，长度 $\geq 500mm$ ；（提供检测报告）
14. 灭菌后对金属器械的腐蚀率R（mm/a） $\leq 0.01$ （提供检测报告）
15. 提供省级以上检测机构出具的毒理学检测、理化性检测、灭菌后对细胞无毒性检测报告。

3

## 宫腔镜主机系统参数

### ★数量1套

#### 一、摄像主机与摄像头

- 1、摄像系统主机可兼容三晶片全高清摄像头，具备全高清图像处理性能，能够输出1920\*1080P动态图像，水平分辨率 $\geq 1000$ 线；
- 2、摄像系统主机内置USB输出接口，可直接通过USB移动储存设备储存静态图像和动态视频。动态视频采集支持1920\*1080P分辨率，静态图像采集支持1280\*1024分辨率。
- 3、▲主机具有隐藏操作面板设计，防止误操作；
- 4、摄像头采用CMOS感光芯片，数量 $\geq 3$ 个，尺寸 $\geq 1/3$ 英寸
- 5、▲摄像光学变焦 $\geq 2$ 倍；数码变焦 $\geq 2$ 倍；
- 6、摄像头具备齐焦变焦功能，术中针对同一操作术野，单次对焦后，变焦过程中不失焦；手术过程中无需反复对焦；
- 7、摄像头快捷按钮 $\geq 3$ 个，可操作拍照、录像和白平衡；
- 8、信噪比 $\geq 61db$ ，最小照度 $\leq 1Lux$ ，图像传感器ADC位宽 $\geq 12Bits$ ；

#### 二、LED冷光源技术参数

- 9、▲设备类型：I类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要；
- 10、灯泡输入功率 $\geq 135W$ ；色温 $\geq 6600K$ ；
- 11、冷光源的输出总光通量 $\geq 1300lm$ ；
- 12、光输出最大中心照度 $\geq 3200000LX$ ；

#### 三、高清腹腔镜镜头

- 13、▲与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高；
- 14、直径10mm，30度视野方向，视野角度 $\geq 80^\circ$ ，工作长度 $\geq 320mm$ ；

- 15、视场中心角分辨率 $\geq 7.0C/^{\circ}$ ;
- 16、大景深光学视管,有效景深3mm-180mm;
- 17、▲可进行高温高压、等温等离子等灭菌,高温高压灭菌次数 $\geq 450$ 次。

#### 四、监视器1台

- 18、27寸或以上高清医用LCD监视器;
- 19、支持1920\*1080P全高清显示;
- 20、最大背光亮度 $\geq 900cd/m^2$ ;
- 21、显示器对比度 $\geq 1400:1$ ;
- 22、可视角度 $\geq 175^{\circ}$

#### ★五、医用台车1台

- 23、同品牌国产医用台车一个;

#### ★六、医用灌注泵1台

- 24、压力设定范围50~400mmHg
- 25、流量设定范围0.1~1.0 L/min
- 26、可显示各种功能数据(设定流量、设定压力、实际压力等)
- 27、管路可高温高压和低温等离子消毒
- 28、采用挤压式的供水方式。
- 29、运行方式间歇加载/连续运行

#### ★七、宫腔镜检查器械1套

- 30、4mm手术宫腔镜外鞘;
- 31、4mm手术宫腔镜内鞘带5fr器械通道中空闭孔器,26Fr;
- 32、大视野宫腔镜,直径4mm,工作长度302mm,30度广角
- 33、半硬性活检钳,5Fr,长400mm
- 34、半硬性抓钳,5Fr,长400mm
- 35、半硬性剪刀,5Fr,长400mm

#### ★八、国产工图文工作站1套

- 36、系统支持win7、10(32位及64位)
- 37、支持高清动态视频录制,支持二次高清静态采集,高清图像特定区域采集
- 38、无限采集高清图像,即采即存模式,避免因意外造成图像的丢失
- 39、具有资料的光盘刻录备份功能,支持多种类型光盘。
- 40、提供打印预览,无需调整打印机设置即可随时缩放打印报告。
- 41、品牌商用机:21.5液晶显示器、Intel酷睿、8GB内存、固态硬盘、原厂键盘和鼠标
- 42、六色喷墨打印机
- 43、内镜工作站系统软件

#### ★九、高流速气腹机30L1台

- 44、流速 $\geq 30$ 升/分钟,流量调节范围0.1-50L/min;
- 45、压力范围:1mmHg-30mmHg,气压显示准确性 $\pm 2mmHg$ ;
- 46、采用触摸屏设计,显示参数和故障信息,屏幕尺寸 $\geq 6$ 英寸;
- 47、具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式,亦可自定义模式,满足不同手术需求;
- 48、具有双重报警系统,气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败等情况下,具有声音提醒和文字提示;
- 49、气压过高时,具有自动排气功能,防止体内压力过高;

#### ★十、高频手术系统1套

4

高频单极功能

50、单极切割模式可设置为纯切、混切。

51、极凝结模式可设置为软凝、电灼、喷凝。

52、具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。

高频双极功能

53、双极凝结模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。

## 骨科用移动式数字平板C形臂X线机

★数量1台

技术要求

1 投标产品获得FDA、CE及中国CFDA认证

▲2 投标产品具备三类医疗器械注册 需提供证明材料

3 最大输出功率  $\geq 2.5KW$

4 球管具备双焦点

5 阳极热容量  $\geq 75KHU$

▲6 具备CMOS晶体硅材质平板探测器 需提供证明材料

7 系统最大分辨率（监视器末端）  $\geq 3.7 LP/mm$

5

8 平板探测器像素尺寸  $\leq 140\mu m$

9 平板探测器为C臂主机原厂生产

▲10C臂主显示器单屏尺寸  $\geq 27$ 英寸 需提供证明材料

11 主显示器最高分辨率  $\geq 3500 \times 2100$

▲12C臂高度固定时，主显示器可独立垂直升降范围  $\geq 30cm$  需提供证明材料

13 C臂开口  $\geq 75cm$

▲14C臂电动垂直升降  $\geq 45cm$  需提供证明材料

15 C臂旋转角度  $\geq \pm 200^\circ$

▲16C臂轨道内运动角度  $\geq 150^\circ$  需提供证明材料

17 屏幕手写及规划功能

▲18C臂台车和 workstation 一体化集成 需提供证明材料

## 医学形态学图像处理系统参数性能

★数量1套

总体说明：多工作报告软件

1.一机多用，系统配置包含骨髓细胞分析系统、外周血细胞分析系统、骨髓活检分析系统、染色体核

型分析系统。可增配定制微生物、精液、脑脊液、胸腹水等。

2.对接医院HIS/LIS系统(需信息系统方提供接口)。

## 一、软件参数

### ★（一）.骨髓细胞分析系统

#### 1、数据查询及统计管理

系统采用SQL serve 大型企业级数据库，支持关键词模糊查询以及多条件组合查询,可进行工作量等多项统计，可生成统计报表，并支持报表导出及打印。有多层次的用户角色权限控制，每个用户角色只能在管理员分配的权限范围内完成自己的工作。

#### 2、图像输入及图像处理及测量分析

系统支持各种国产或进口的模拟CCD、数字CCD、数字冷CCD、数码相机、扫描仪等图像输入设备。能对图像进行中英文、箭头等各种形式的标注。并有常用的图片后处理功能（例如PHOTOSHOP式图像优化处理功能）。提供点、线、面积和角度测量，支持细胞浆核、形态因子等参数测量分析，具备同一视野细胞多成分分析等功能；

#### 3、专家模块及典型病例教学图谱管理

系统收集骨髓细胞描述语言标准模块和电子医用词典，具备骨髓专家管理模块、骨髓诊断标准。系统可收集常用典型专家诊断及分析描述模板，可直接调用。内置典型教学图片，可把临床的细胞图片加入教学图片中。

#### 4、报告输出

报告单可改变版面样式，可打印一幅至多幅图（不少于6幅），支持画中画打印，报告可以以 Word、JPG、PDF 文件格式导出。

#### ▲5、外周血细胞分析系统

可自动测量成熟红细胞的平均直径、面积，平均光密度、色度，最大及最小直径、光密度、色度以及平均淡区。

#### ▲6、骨髓活检细胞分析系统

可自动测量造血组织、脂肪组织、骨小梁、静脉窦、水肿区等的百分含量及增生程度。

#### 7、染色体核型分析系统

硬件参数：

### ★8、细胞分类计数器1台

USB3.0接口细胞分类计数器，计数结果可直接传输至本系统，也可单独做计数器离线使用，计数结果实时显示。细胞计数器设有骨髓、血片、巨核、组化四种计数方式，≥63种细胞按键，分区设置，每个分区对应一类细胞。

### ★9、显微数字摄像头1套

≥1200万像素，≥1/1.7英寸，USB3.0接口

### 10、摄像头专用接口1个

标准型摄像头接口，内置调焦装置

### ★11、三目生物显微镜1套

调焦：载物台垂直移动，行程25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度=1微米；

### 12、电脑1套

I3 10100/4G/1T/23.5英寸

6

### 13、彩色打印机1台

## 数字平板胃肠参数规格要求

#### ★数量1套

#### 一、 X 光球管

- 1、▲ 焦点 双焦点,  $\leq 1.1\text{mm}$ ,小焦点 $\leq 0.6\text{mm}$
- 2、▲ 阳极热容量  $\geq 750\text{KHU}$
- 3、 焦点功率  $\geq 40/80\text{KW}$

#### 二、 高压发生器

- 4、 功率  $\geq 65\text{KW}$
- 5、 逆变频率  $\geq 80\text{kHz}$

#### 三、 平板探测器

- 6、 探测器材料 碘化铯/非晶体硅
- 7、 探测器规格  $\geq 17 \times 17$ 英寸
- 8、 像素尺寸  $\leq 150\mu\text{m}$
- 9、 采集灰阶  $\geq 16\text{bits}$
- 10、 空间分辨率  $\geq 3.4\text{lp/mm}$

#### 四 监视器

- 11、★ 监视器数目  $\geq 2$ 台(近台显示器配可移动支架)
- 12、 监视器尺寸  $\geq 19$ "

#### 五 病人检查床

- 13、 球管纵向运动  $\geq 100$ 厘米
- 14、▲ 检查床纵向运动  $\geq \pm 75$ 厘米
- 15、 床面横向运动  $\geq \pm 15$ 厘米
- 16、 球管倾斜投照角度  $\geq \pm 40$ 度
- 17、▲ SID 距离 115厘米, 150厘米
- 18、 床体倾斜角度  $-15$ 度— $90$ 度内可调

#### 六 数字图像处理技术

- 19、 DR模式拍片  $\geq 2800 \times 2800$ 矩阵
- 20、 连续点片矩阵  $\geq 1400 \times 1400$ 矩阵
- 21、 序列采集速度  $\geq (1420 \times 1436$ 矩阵)8帧/秒
- 22、 脉冲透视  $\geq 30$ 帧/秒
- 23、 图像文本/符号标注和编排功能, 图像距离角度测量功能
- 24、 具有实时图像存储, 显示, 回放功能, 数字化图像保持, 放大和编排功能
- 25、 具有Dicom3.0连接接口
- 26、 具有图像防烧灼功能, 边缘增强, 正负片反转, 窗宽窗位调整
- 27、 具有剂量直方图调节, 数码变焦功能, 快照存储功能, 可主动预设透视序列存储

#### 七 操作系统

- 28、 数字系统采用Windows 操作系统

#### 八 附件

- 29、★ 配备手柄
- 30、★ 配备肩托
- 31、★ 配备压迫带
- 32、★ 配备对讲系统
- 33、★ 配备第二曝光脚闸
- 34、▲ 设备主要部件球管、高压发生器为制造商原厂制造，并提供含铭牌的检测报告

### 心胸外科手术器械参数

★合计总数量**19**件

序号	名称	规格/参数	数量	材质
1	止血钳	DeBakey; 双关节, 弧高10mm, 5*360mm, 带锁扣, 分离并阻断	1	不锈钢
2	止血钳	DeBakey; 双关节, 弧高20mm, 5*360mm, 带锁扣, 分离并阻断	1	不锈钢
3	止血钳	DeBakey; 双关节, 角高15mm, 5*360mm, 带锁扣, 分离并阻断	1	不锈钢
4	止血钳	DeBakey; 双关节, 角高25mm, 5*360mm, 带锁扣, 分离并阻断	1	不锈钢
5	止血钳	DeBakey; 双关节, 大弯游离型, 5*340mm, 带锁扣, 分离并阻断	1	不锈钢
6	止血钳	双排DeBakey,双关节, 弧高15mm,杆径5.5, 总长340mm, 单对多锁扣, 血管阻断专用,	1	不锈钢
7	海绵钳 辅助	双关节, 三角蛇形头部, 头宽6mm, 5*340mm, 带横齿, 抓持防滑并 均匀游离	1	不锈钢
8	海绵钳 辅助	双关节, 三角蛇形头部, 头宽8mm, 5*340mm, 带横齿, 抓持防滑并 均匀游离	1	不锈钢
9	海绵钳	双关节, 椭圆形头部, 横齿, 头宽6mm, 5*340mm, 抓持防滑	1	不锈钢
10	海绵钳	双关节, 椭圆形头部, 横齿, 头宽8mm, 5*340mm, 抓持防滑	1	不锈钢
11	海绵钳	双关节, 椭圆形头部, 交叉齿, 头宽10mm, 5*340mm, 抓持防滑	1	不锈钢
12	海绵钳	双关节, 椭圆形头部, 无损伤齿, 头宽10mm, 5*340mm, 抓持防滑	1	不锈钢
13	海绵钳	双关节, 香蕉形头部, 头宽10mm, 5*340mm, 带斜齿, 抓持防滑	1	不锈钢
14	胸腔组织钳	总长340mm, 杆径5.5mm, 头部单面张开, 双关节; 头宽10mm ,	1	不锈钢

8

	有锁扣； 头部单面张开
15	胸腔组织钳 总长340mm， 杆径5.5mm， 头部单面张开， 双关节； 头宽10mm， 有 1 不锈钢 锁扣。
16	淋巴结钳 头宽8mm， 带孔； 双关节； 杆径5.5mm， 总长340mm； 用以术中淋巴结夹持 1 不锈钢
17	吸引管 胸腔镜专用型， 弧弯， 金属柄， 可换式头部， 6*430mm 1 不锈钢
18	拉钩 二折弯， 5*330 1 不锈钢
★19	牵开器 Spread:160mm,/Arms:60mm 1 不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款， 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包3（手术类医疗设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后20个日历日内交货
标的提供的地点	巴彦淖尔市医院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例70%， 安装验收完成后， 30天内支付 2期：支付比例30%， 质保期满， 30天支付尾款
验收要求	1期：按照合同约定执行
履约保证金	不收取
其他	分项报价表： 投标人需另附详细分项报价表， 需体现， 生产厂家、 单价、 数量、 总价

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1	△	手术室设备及附件	手术类医疗设备	批	1.00	1,775,000.00	1,775,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一

附表一：手术类医疗设备 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

## 骨科电动综合手术床参数

★数量2套

1、手术床为电动液压驱动机制，主要动作组包含电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车等，各组由独立液压缸液压驱动。

2、▲手术床具备平移功能。

3、▲手术床具备腰桥功能。

4、手术床配有充电电池，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。

5、▲具有手持有线控制器和应急控制面板，确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。

6、▲手术床承重 $\geq 250\text{kg}$ 。

7、▲手术床床垫材料为记忆海绵制成。床垫需防水透气、易清洗，防静电。

8、▲手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等组成；腿板可拆卸、可分叉，采用可上下折。

9、独立电动液压控制刹车，确保手术床稳定性。

10、▲同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

技术参数：

11、手术床长度 $\geq 2050\text{ mm}$

12、手术床宽度 $\geq 520\text{ mm}$

13、▲手术床升降行程 $\geq 400\text{mm}$

14、台面前后倾角度范围 $\geq \pm 25^\circ$ ，台面左右倾角度范围 $\geq \pm 20^\circ$

15、背板折转角度范围 $\geq +75^\circ/-40^\circ$ ，头板折转角度范围 $\geq +45^\circ/-90^\circ$

16、腿板折转角度范围 $\geq +20^\circ/-90^\circ$ ，外折角度 $\geq 90^\circ$

17、▲台面平移距离 $\geq 300\text{mm}$

18、内置腰桥升距 $\geq 120\text{mm}$

★19、床面可透射X射线

配置：

20、★骨科牵引架

21、★夹持器：2个

22、★麻醉屏架：1个

23、★托手架：2个

24、★大腿支架：2个

25、★侧卧位托腰架：1个

1

## 高流量湿化治疗仪

★数量3台

- 1、双屏显示：主显示屏为高清彩屏，尺寸 $\geq 5.7$ 英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等基本参数。主机屏幕具备锁屏功能。
- 2、支持高流量模式、低流量模式、高湿度模式、CPAP模式。
- 3、支持CPAP模式：呼气正压范围包含4 cmH<sub>2</sub>O-20 cmH<sub>2</sub>O；爬坡时间范围包含0 min-20min；爬坡起始压力范围包含4 cmH<sub>2</sub>O -20 cmH<sub>2</sub>O，CPAP模式下可显示压力。
- 4、高流量模式、低流量模式、高湿度模式具备流量爬坡功能，流量爬坡范围可设。
- 5、内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧浓度。
- 6、具有湿度补偿功能，7档可调，可根据环境变化手动湿度档位。
- 7、▲可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围包含1-48小时。
- 8、▲采用可拆卸式H13级高效过滤器，可过滤直径0.075 $\mu$ m的气溶胶颗粒，过滤效率可达99.9%。
- 9、▲内置Wi-Fi模块，可实现数据远程管理，机器具有USB接口，miniUSB接口，RJ45接口，可实现多方式等数据传输功能。

## 监护仪参数

★数量2台

- 1、 $\geq 15$ 英寸彩色触摸屏， $\geq 1200*800$ 像素， $\geq 8$ 通道显示
- 2、▲支持 $\geq 4$ 通道心电进行多导心电分析
- 3、▲提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿
- 4、NIBP 成人病人类型收缩压测量范围包含40~270mmHg
- 5、血氧监测适用于成人，小儿和新生儿
- 6、配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒
- 7、具备双有创压测量功能
- 8、具备BIS功能
- 9、▲具备呼末二氧化碳测量功能
- 10、▲患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据
- 11、产品设计使用年限 $\geq 8$ 年

## 麻醉机技术要求

★数量2台

- 1、▲气动电控或电动电控呼吸机，能够完成新生儿、小儿及成人麻醉手术需要（提供注册证）。
- 2、潮气量设置范围包含：20ml-1400ml;
- 3、七氟醚挥发罐通过CE和FDA认证。
- 4、内置≥6.5寸彩色触摸屏，可同屏显示≥1道波形。
- 5、一体化旋转回路，可134度高温高压消毒。
- 6、标配整体回路加热功能。
- 7、提供辅助/控制通气，配备通气模式：VCV容量控制通气、PCV压力控制通气、手动通气。
- 8、机器支持监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、呼吸比、气道压；
- 9、▲配备ETCO<sub>2</sub>、
- 10、▲配备麻醉气体分析、
- 11、配备BIS监测。
- ▲12、吸气压力设置范围包含5-65 cmH<sub>2</sub>O，提供证明文件
- 13、呼吸频率范围包含4-60次/分钟
- 14、内置后备电池：使用时间≥45分钟

4

## 无创呼吸机

★数量4台

- 1、▲屏幕：防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。
- 2、通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）
- 3、目标潮气量设置范围值包含20ml~2000ml。
- 4、最大流速≥190L/min，具备自动漏气补偿功能，补偿能力≥90L/min。。
- 5、▲配备后备电池，后备电池工作时长≥8小时，交流电供电与电池供电可无缝切换。
- 6、压力设置范围包含：吸气正压（IPAP）4cmH<sub>2</sub>O~30cmH<sub>2</sub>O
- 7、▲吸气时间设置范围包含0.2秒~4.0秒。
- 8、▲后备呼吸频率设置范围包含1BPM~60BPM。
- 9、▲爬坡时间设置范围：0-60分钟可调。
- 10、升压档设置范围：1-6档可调。

5

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

# 第五章 评标

## 一、评标要求

### 1. 评标方法

包1（诊断医疗设备）：综合评分法

包2（诊疗类医学设备）：综合评分法

包3（手术类医疗设备）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 2. 评标原则

2.1 评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

### 3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

### 4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

**6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：**

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

**7. 投标无效的情形**

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**8. 废标的情形**

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

**9. 定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

**二. 落实政府采购政策**

**1. 节约能源、保护环境**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

**2. 促进中小企业发展**

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（诊断医疗设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即： $评标价 = 投标报价 \times (1 - C1)$ ；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（诊疗类医学设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即： $评标价 = 投标报价 \times (1 - C1)$ ；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包3（手术类医疗设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即： 评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5 投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

### 三、评标程序

#### 1. 符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

#### 符合性审查表

##### 诊断医疗设备

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

##### 诊疗类医学设备

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。

联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

#### 手术类医疗设备

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

## 2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

## 4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

## 5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

#### 诊断医疗设备

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分45.0分
	商务部分25.0分
	报价得分30.0分

技术部分	投标设备技术参数响应性 (40.0分)	供应商所投设备参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得40分，重点技术参数（标▲项）每有一项负偏离扣3分，其他技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止(招标文件中明确提出需要提供证明文件的技术参数条款需提供检测报告为依据。检测报告无法体现的内容可以提供技术白皮书来和产品说明书说明，并准确标明相应证明内容所在页码。提供相关佐证材料须真实有效、内容清晰、证明内容与招标文件相符、页码准确，不符合以上条件将视为负偏离。中标后如发现技术参数虚假应标，招标人将取消其中标资格)。打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
	售后服务 (5.0分)	根据供应商提供的售后服务方案进行评价，内容包括但不限于以下内容：售后服务体系、管理制度、售后服务内容（售后服务点、备品、备件有库存、供应及时、服务标准、响应时间、定期回访等）。售后方案内容清晰、明确，服务思路针对性强的，得4-5分，内容基本全面周到、细致得2-4分，内容有欠缺，有待完善的得0-2。
商务部分	项目业绩 (15.0分)	提供包内主要投标产品（1包：数字平板大型血管造影机，三维电生理；2包：移动式数字平板C形臂X线机、数字平板胃肠机、腹腔镜；3包：骨科手术床、麻醉机、监护仪、无创呼吸机）相同品牌、用途一致产品近三年（2020年1月1日至开标日期）在国内与采购人单位级别相同医疗机构（暨三级甲等医院）销售业绩（不限经销商）。每销售一台符合条件设备得0.5分，满分15分，包内主要投标产品业绩每缺少一类扣5分，扣完为止。需提供佐证材料包括：1.能体现成交时间、产品品牌、产品名称、销售数量的生效合同；2.业绩合同甲方单位在国家卫健委官方网站（ <a href="http://www.nhc.gov.cn/">http://www.nhc.gov.cn/</a> ）“服务”项下“医院执业登记”项下“全国医疗机构查询”项下该医疗机构查询结果页面截屏；3.业绩合同甲方单位官网或公众号中能体现其三级甲等医院的截屏。属于以下情况的不得分：超出销售时间范围、成交业绩产品品牌、主要用途与投标产品不一致、购买产品医疗机构等级不符、证明材料缺失的。
	销售授权 (10.0分)	提供包内所有设备生产厂家为投标企业出具的针对包含招标单位在内销售其投标产品真实有效的授权证明文件（直接授权或间接授权均可）。满分10分，每缺少一家授权扣5分，扣完为止。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

诊疗类医学设备

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分45.0分 商务部分25.0分 报价得分30.0分

技术部分	投标设备技术参数响应性 (40.0分)	供应商所投设备参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得40分，重点技术参数（标▲项）每有一项负偏离扣3分，其他技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止(招标文件中明确提出需要提供证明文件的技术参数条款需提供检测报告为依据。检测报告无法体现的内容可以提供技术白皮书来和产品说明书说明，并准确标明相应证明内容所在页码。提供相关佐证材料须真实有效、内容清晰、证明内容与招标文件相符、页码准确，不符合以上条件将视为负偏离。中标后如发现技术参数虚假应标，招标人将取消其中标资格)。打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
	售后服务 (5.0分)	根据供应商提供的售后服务方案进行评价，内容包括但不限于以下内容：售后服务体系、管理制度、售后服务内容（售后服务点、备品、备件有库存、供应及时、服务标准、响应时间、定期回访等）。售后方案内容清晰、明确，服务思路针对性强的，得4-5分，内容基本全面周到、细致得2-4分，内容有欠缺，有待完善的得0-2。
商务部分	项目业绩 (15.0分)	提供包内主要投标产品（1包：数字平板大型血管造影机，三维电生理；2包：移动式数字平板C形臂X线机、数字平板胃肠机、腹腔镜；3包：骨科手术床、麻醉机、监护仪、无创呼吸机）相同品牌、用途一致产品近三年（2020年1月1日至开标日期）在国内与采购人单位级别相同医疗机构（暨三级甲等医院）销售业绩（不限经销商）。每销售一台符合条件设备得0.5分，满分15分，包内主要投标产品业绩每缺少一类扣5分，扣完为止。需提供佐证材料包括：1.能体现成交时间、产品品牌、产品名称、销售数量的生效合同；2.业绩合同甲方单位在国家卫健委官方网站（ <a href="http://www.nhc.gov.cn/">http://www.nhc.gov.cn/</a> ）“服务”项下“医院执业登记”项下“全国医疗机构查询”项下该医疗机构查询结果页面截屏；3.业绩合同甲方单位官网或公众号中能体现其三级甲等医院的截屏。属于以下情况的不得分：超出销售时间范围、成交业绩产品品牌、主要用途与投标产品不一致、购买产品医疗机构等级不符、证明材料缺失的。
	销售授权 (10.0分)	提供包内所有设备生产厂家为投标企业出具的针对包含招标单位在内销售其投标产品真实有效的授权证明文件（直接授权或间接授权均可）。满分10分，每缺少一家授权扣5分，扣完为止。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

手术类医疗设备

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分45.0分 商务部分25.0分 报价得分30.0分

技术部分	投标设备技术参数响应性 (40.0分)	供应商所投设备参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得40分，重点技术参数（标▲项）每有一项负偏离扣3分，其他技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止(招标文件中明确提出需要提供证明文件的技术参数条款需提供检测报告为依据。检测报告无法体现的内容可以提供技术白皮书来和产品说明书说明，并准确标明相应证明内容所在页码。提供相关佐证材料须真实有效、内容清晰、证明内容与招标文件相符、页码准确，不符合以上条件将视为负偏离。中标后如发现技术参数虚假应标，招标人将取消其中标资格)。打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
	售后服务 (5.0分)	根据供应商提供的售后服务方案进行评价，内容包括但不限于以下内容：售后服务体系、管理制度、售后服务内容（售后服务点、备品、备件有库存、供应及时、服务标准、响应时间、定期回访等）。售后方案内容清晰、明确，服务思路针对性强的，得4-5分，内容基本全面周到、细致得2-4分，内容有欠缺，有待完善的得0-2。
商务部分	项目业绩 (15.0分)	提供包内主要投标产品（1包：数字平板大型血管造影机，三维电生理；2包：移动式数字平板C形臂X线机、数字平板胃肠机、腹腔镜；3包：骨科手术床、麻醉机、监护仪、无创呼吸机）相同品牌、用途一致产品近三年（2020年1月1日至开标日期）在国内与采购人单位级别相同医疗机构（暨三级甲等医院）销售业绩（不限经销商）。每销售一台符合条件设备得0.5分，满分15分，包内主要投标产品业绩每缺少一类扣5分，扣完为止。需提供佐证材料包括：1.能体现成交时间、产品品牌、产品名称、销售数量的生效合同；2.业绩合同甲方单位在国家卫健委官方网站（ <a href="http://www.nhc.gov.cn/">http://www.nhc.gov.cn/</a> ）“服务”项下“医院执业登记”项下“全国医疗机构查询”项下该医疗机构查询结果页面截屏；3.业绩合同甲方单位官网或公众号中能体现其三级甲等医院的截屏。属于以下情况的不得分：超出销售时间范围、成交业绩产品品牌、主要用途与投标产品不一致、购买产品医疗机构等级不符、证明材料缺失的。
	销售授权 (10.0分)	提供包内所有设备生产厂家为投标企业出具的针对包含招标单位在内销售其投标产品真实有效的授权证明文件（直接授权或间接授权均可）。满分10分，每缺少一家授权扣5分，扣完为止。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

## 6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## **7.确定中标人**

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一、合同

#### 1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同格式及内容

### 政府采购合同

#### (货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目 (填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: \_\_\_\_\_

(二) 交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日内, 由甲乙双方及第三方 (如有) 对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收, 在条件允许的情况下, 可以同步对货物质量进行初步验收, 甲乙双方应签署书面验收记录, 作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内, 如发现质量问题, 甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议, 甲方逾期提出的, 视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后, 应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的, 甲方应在验收记录中作出明确记载, 保留相关的证据, 并有权拒绝接受货物, 解除合同且不承担任何法律责任。

#### 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下, 本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写) \_\_\_\_\_(大写)

#### 八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额: \_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 九、货物质量保证及售后服务

招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的, 适用招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定, 如乙方在投标(响应)文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的, 适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分, 均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分货物的相应货款, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的, 甲方有权退货, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

#### 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

# 政府采购合同

## (服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: \_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): \_\_\_\_\_

(三)服务地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

### 七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: \_\_\_\_\_

(二)付款条件: \_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

## 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

## 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

## 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

## 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1. 政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4. 投标（响应）文件</p> <p>5. 投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：  
年 月 日

投标人代表签字：  
年 月 日

## 政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1. 政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4. 投标（响应）文件</p> <p>5. 投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：  
年 月 日

投标人代表签字：  
年 月 日

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

## 投标文件目录格式：

### 目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）的招标，项目编号：\_\_\_\_\_，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

## 二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

### 开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

### 开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

### 三、分项报价表

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

#### 分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

#### 分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章):

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

#### 分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1								

1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

### 分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

#### 四、授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托\_\_\_\_\_ (姓名) 为我方代理人, 参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的招标, 项目编号: \_\_\_\_\_。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限:

\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

授权委托人(签字): \_\_\_\_\_

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

## 六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			

## 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

## 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

## 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

## 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

### 十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，\_\_\_\_\_（项目名称），项目编号：\_\_\_\_\_，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 十二、联合体协议书

\_\_\_\_\_ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的投标, 项目编号: \_\_\_\_\_。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: \_\_\_\_\_。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式\_\_\_\_\_份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十三、中小企业声明函

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

#### 十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足\_\_\_\_\_ (项目名称)，项目编号：\_\_\_\_\_ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

### 十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
		★	1.1...			
1			1.2...			
			...			
		★	2.1...			
2			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明:

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供的其他资料。