

五原县妇幼保健院女性(中医)健康管理 中心医疗设备及配套设施采购项目

询价通知书

采购单位名称：五原县妇幼保健计划生育服务中心

采购代理机构名称：内蒙古全流程项目管理有限公司

项目编号：**BSZCWYS-X-H-240065**

2024年12月02日

目 录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

内蒙古全流程项目管理有限公司受五原县妇幼保健计划生育服务中心委托，采用询价方式组织采购五原县妇幼保健院女性(中医)健康管理中心医疗设备及配套设施采购项目。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：五原县妇幼保健院女性(中医)健康管理中心医疗设备及配套设施采购项目

项目编号：BSZCWYS-X-H-240065

采购计划备案号：五政采计划[2024]01125

2.内容及划分采购包情况

包号	货物名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	五原县妇幼保健院女性(中医)健康管理中心医疗设备及配套设施采购项目	1	详见询价通知书	2,900,000.00

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，提供货物、工程或服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（五原县妇幼保健院女性(中医)健康管理中心医疗设备及配套设施采购项目）：无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照询价通知书的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为 无 元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古全流程项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇皮毛巷光明路20号

联系人：董欣

联系电话：13722199046

采购单位名称：五原县妇幼保健计划生育服务中心

地址：五原县妇幼保健院

联系人：国主任

联系电话：0478-5232966

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	询价
3	评审方法	根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
4	开启方式	不见面开标
5	评审方式	现场网上评标
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。技术支持电话： 400-0471-010 转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）；
10	成交人确定	采购人授权询价小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体响应	包1： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。 采购机构代理服务收费标准：按中标价的 1.5% 收取。
15	保证金	五原县妇幼保健院女性(中医)健康管理中心医疗设备及配套设施采购项目：保证金人民币： 0.00 元整。
16	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、盖章。 说明：若涉及到委托代理人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
17	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1: 面向中小企业, 采购包专门预留
19	有效供应商家数	包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
20	报价形式	合同包1 (五原县妇幼保健院女性(中医)健康管理中心医疗设备及配套项目): 总价
21	其他	兼投兼中: -

二. 询价须知

1. 询价采取网上响应方式, 操作流程如下:

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上响应, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网 (<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要响应的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目响应信息页面, 在右侧选择要响应的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息, 点击“确认参与”按钮后, 获取所响应项目询价通知书, 并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2. 保证金

2.1 保证金缴纳 (如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金, 同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2 供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在响应文件开启时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称, 且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间, 将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息, 将保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: ***、采购包: ***的保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3 供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中, 同时在开启时提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于保证金到账需要一定时间, 请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2 保证金的退还

2.2.1 未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还, 成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的, 保证金将不予退还:

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;

- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用 CA 证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三、说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指五原县妇幼保健计划生育服务中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指内蒙古全流程项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四、询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1 供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5 供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1 询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2 响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3 采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员;

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密, 由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容;

(4) 参加人员对开启情况进行确认;

(5) 开启结束。

1.2 疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义, 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的, 应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义, 应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出, 采购代理机构应及时查看、回复。

1.3 备注

开启时, 供应商使用 CA证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2. 评审

详见第五章

3. 结果公告

成交供应商确定后, 采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告, 同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商, 成交结果公告期为 1 个工作日。

项目“废标”后, 采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4. 成交通知书

发布成交结果的同时, 成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书, 成交通知书是合同的组成部分, 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后, 采购人不得违法改变成交结果, 供应商无正当理由不得放弃成交。

七. 询问、质疑与投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的, 可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的, 应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复, 并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响成交结果的, 采购人应当暂停签订合同, 已经签订合同的, 应当中止履行合同。

2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一. 项目概况：

五原县妇幼保健院女性(中医)健康管理中心医疗设备及配套设施采购

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（五原县妇幼保健院女性(中医)健康管理中心医疗设备及配套设施采购项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后15天内完成供货
标的提供的地点	五原县妇幼保健院

付款方式	<p>1期：支付比例2.8%，2025年第一个月</p> <p>2期：支付比例2.8%，2025年第二个月</p> <p>3期：支付比例2.8%，2025年第三个月</p> <p>4期：支付比例2.8%，2025年第四个月</p> <p>5期：支付比例2.8%，2025年第五个月</p> <p>6期：支付比例2.8%，2025年第六个月</p> <p>7期：支付比例2.8%，2025年第七个月</p> <p>8期：支付比例2.8%，2025年第八个月</p> <p>9期：支付比例2.8%，2025年第九个月</p> <p>10期：支付比例2.8%，2025年第十个月</p> <p>11期：支付比例2.8%，2025年第十一个月</p> <p>12期：支付比例2.8%，2025年第十二个月（如一年内实际营业总额未达到医疗设备采购所用金额，则后续降低每期的支付比例，并延长总付款周期）</p> <p>13期：支付比例2.8%，2026年第一个月</p> <p>14期：支付比例2.8%，2026年第二个月</p> <p>15期：支付比例2.8%，2026年第三个月</p> <p>16期：支付比例2.8%，2026年第四个月</p> <p>17期：支付比例2.8%，2026年第五个月</p> <p>18期：支付比例2.8%，2026年第六个月</p> <p>19期：支付比例2.8%，2026年第七个月</p> <p>20期：支付比例2.8%，2026年第八个月</p> <p>21期：支付比例2.8%，2026年第九个月</p> <p>22期：支付比例2.8%，2026年第十个月</p> <p>23期：支付比例2.8%，2026年第十一个月</p> <p>24期：支付比例2.8%，2026年第十二个月</p> <p>25期：支付比例2.8%，2027年第一个月</p> <p>26期：支付比例2.8%，2027年第二个月</p> <p>27期：支付比例2.8%，2027年第三个月</p> <p>28期：支付比例2.8%，2027年第四个月</p> <p>29期：支付比例2.8%，2027年第五个月</p> <p>30期：支付比例2.8%，2027年第六个月</p> <p>31期：支付比例2.8%，2027年第七个月</p> <p>32期：支付比例2.8%，2027年第八个月</p> <p>33期：支付比例2.8%，2027年第九个月</p> <p>34期：支付比例2.8%，2027年第十个月</p> <p>35期：支付比例2.8%，2027年第十一个月</p> <p>36期：支付比例2%，2027年第十二个月</p>
验收要求	1期：符合国家及行业标准
履约保证金	不收取
其他	质保期：1年

2.技术要求

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	面向对象情况	所属行业	技术要求
1		其他医疗设备	肌电生物反馈训练系统、盆底功能磁刺激治疗仪、射频理疗仪、电脑恒温电蜡治疗仪、智能矫正镜、骨盆功能康复训练机、红外光灸治疗机、极超短波治疗机等。配套服务：场地装修及办公设施、项目运营、人员培训、厂家售后服务	批	1.0000	2,900.00	2,900.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附件一

附表一：肌电生物反馈训练系统、盆底功能磁刺激治疗仪、射频理疗仪、电脑恒温电蜡治疗仪、智能矫正镜、骨盆功能康复训练机、红外光灸治疗机、极超短波治疗机等。配套服务：场地装修及办公设施、项目运营、人员培训、厂家售后服务 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>一、产品名称：肌电生物反馈训练系统</p> <p>数量：2套</p> <p>参数要求：</p> <p>1、显示屏：≥22英寸电脑显示屏。</p> <p>▲2、四通道输出。</p> <p>3、至少有四种理疗电极。</p> <p>4、采样频率：16k SPS，采样位数16bit（位）。</p> <p>5、反馈阈值：10μV~1000μV。</p> <p>6、分辨率：≤2μV。</p> <p>7、系统噪声：≤1μV。</p> <p>8、差模输入阻抗：>5MΩ。</p> <p>9、共模抑制比：>100dB。</p> <p>10、通频带：通频带30Hz~450Hz。</p> <p>11、工频陷波器：训练系统支持50Hz陷波滤波器，衰减后幅值：≤5μV。</p> <p>12、电刺激性能：</p> <p>▲（1）、具备双向对称波、单向波、交互波三种刺激波形。</p> <p>（2）、脉冲宽度：30μs~999μs。</p> <p>▲（3）、刺激频率：0.5Hz~999Hz。</p>

(4)刺激电流：1mA~100mA。

(5).刺激时间：1s~20s。

(6).休息时间：0~20s。

(7).波升时间：0、0.5、1~10s。

(8).波降时间：0、0.5、1~10s。

(9).治疗时间：5min~40min。

14、肌电生物反馈训练功能：快速筛查、标准筛查、Glazer评估、神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、kegel训练、控尿反射、多媒体生物反馈、镜像刺激等。

14、处方：≥15个。

15、预留数据接口，支持HIS系统对接，可与医院患者的信息、方案、报告同步。

16、组合方案功能：多个方案可预设治疗顺序。

17、盆底模块：

(1).治疗处方：压力性尿失禁、盆底脏器脱垂、松弛型便秘、盆底肌肉松弛方案。

(2).要具备快速筛查（筛查时间1min）、标准筛查（筛查时间3min），Glazer评估，可出具详细报告，报告包含前静息平均值、变异性，快速收缩最大值、放松时间，持续收缩平均值、变异性、放松时间以及后静息平均值、变异性。包含整个筛查评估周期肌电趋势图，可选常用手填表格如POP-Q评估结果、手检肌力分级。包含报告解读参考。

▲(3).内置盆底多媒体生物反馈游戏训练模块。

17.(4).腹肌参与度检测，纠正盆底肌训练过程中的错误动作。

18、电脑配置：一体机电脑、CPU：i5 12400、内存：8G、硬盘：256G SSD。

二、产品名称：多功能按摩床

数量：8张

参数要求：

1、结构组成：床架、床板、背板、气弹簧、脸托组成；

2、背板起立角度范围（±5°）：0-90°

3、外形尺寸（±50mm）：长1900mm，宽650mm，高650mm

▲4、上身背板具有方孔结构，适用于女性俯卧；

5、配备有软质硅胶脸托；

6、床架有物品放置台结构；

▲7、床架有地脚结构，用于在不平整地面调整床身稳定；

三、产品名称：盆底功能磁刺激治疗仪

数量：1台

参数要求：

1、额定输入功率：2200VA。

▲2.采用先进的工业级自动冷却系统（液冷+风冷）两种，确保长时间连续稳定安全工作；

▲3. ≥12.1英寸触摸液晶显示屏，具有一键飞梭功能；

4、磁感应强度：≥6T，治疗强度：0~100%可调，步进1%。

- 5、输出频率：1Hz~100Hz，步进1Hz；允差±10%。
- 6、输出脉冲宽度：340μs，允差±10%。
- 7、治疗模式：手动模式和自动模式。
- 8、手动模式：频率1Hz~100Hz，运行0.1s~60s，间歇0s~60s，允差±10%。
- ▲9、自动模式：>20种处方，包含产后尿潴留、耻骨联合分离、盆腔脏器脱垂、慢性盆腔疼痛、慢性尿潴留、盆底肌松弛、压力性尿失禁、轻度肌肉松弛、重度肌肉松弛、产后尿失禁、产后腰痛、阴道口闭合不全、尿失禁等。频率自动变化，降低盆底肌肉神经组织对磁刺激的适应性，增强治疗效果。
- 10、治疗时间：1min~60min可调，步进1min，输出允差±10%。
- 11、运行时间：0.1s~60s可调，0.1s~1s时步进0.1s，1s~60s时步进1s，输出允差±10%。
- 12、间歇时间：0s~60s可调，步进1s，输出允差±10%。
- 13、支臂：治疗头一键固定，支架单开关控制万向调节。
- 14、主机尺寸（长宽高）：800×670×1320mm，允差±20%。
- 15、软件控制系统：工业级嵌入式。
- 16、配备人体工程学座椅：多体位调节，可在座位下进行盆底刺激，也可调节座位在俯卧位骶神经刺激。

四、产品名称：产后复健椅

数量：1把

参数要求：

- 1、额定电压：a.c.220V
- 2、额定频率：50Hz
- 3、额定输入功率：48VA
- 4、主机尺寸
通常时：长540mm，宽620mm，高795mm，允差±20mm
调整倾斜时：长840mm，宽620mm，高795mm，允差±20mm
- 5、重量：18.5KG
- 6、主体材料：塑料、金属
- ▲7、主要面料：绒布/针织布
- ▲8、主要程序功能：循环、扭腰、塑臀、提腰
- 9、运行时间：15min/循环

五、产品名称：产后复健椅

数量：1把

参数要求：

- 1、额定电压：a.c.220V
- 2、额定频率：50Hz
- 3、额定输入功率：55VA
- 4、主机尺寸
通常时：长750mm，宽670mm，高950mm，允差±20mm。
调整倾斜时：长750mm，宽1050mm，高800mm，允差±20mm。
- 5、重量：31KG
- 6、主体材料：塑料、金属

▲7、主要面料：化纤织品

▲8、主要程序功能：腰部按摩、背部按摩、养生舒眠、颈部重点

9、运行时间：15min/循环

六、产品名称：妇科射频治疗仪

数量：1台

参数要求：

1.阻抗百分比：100~999%；

2.输出功率：15-50W可调，步进为1W；

3.治疗时间：1秒-99分59秒连续可调；

4.整机功耗：<1000W；

5.温度控制：35~100℃；

6.工作频率：100KHz~600KHz；

7.主机组成：由射频发射器及相关附件组成，相关附件通常包括手术电极、电极连接线、中性电极连接线和中性电极等。

七、产品名称：低频产后康复治疗仪

数量：1台

参数要求：

1、显示屏：≥12英寸液晶触摸屏。

2、尺寸规格：510×480×960mm，允差±10%。

3、输出通道：六通道输出。

▲4、需具备产后康复、盆底康复治疗模式。

5、需具备椭圆形、环形、半圆形电极片。

▲6、产后治疗处方：具备、乳汁分泌少、术后镇痛、子宫复旧。

7、产后输出强度：电极片输出幅度：≤30V。

8、产后电极片输出载波频率：800Hz。

9、调幅度：0%~100%，允差±10%。

10、电极片输出载波脉冲周期：1.25ms，允差±10%。

▲11、输出调制波频率：0Hz~12.5Hz，允差±10%。

12、产后电极片输出载波波形：方波。

13、产后电极片输出调制波波形：具备连续波、三角波、梯形波三种。

14、产后电极片输出脉冲宽度：300μs，允差±10%。

15、腔内电极、腔内探头两种盆底电极。

16、腔内电极输出频率：2Hz~100Hz，允差±10%。

17、腔内电极输出脉冲宽度：50μs~450μs，允差±10%。

18、丛宽：2s~99s，允差±10%。

19、丛间：2s~99s，允差±10%。

20、腔内电极输出脉冲周期：10ms~500ms，允差±10%。

21、输出波形：双向不对称方波。

▲22、盆底检测基础气压：≥7kpa，肌力等级：≥9级。

23、腔内电极输出幅度：≤50V。

▲24、盆底模块治疗处方：≥12种，含3个自定义处方。

25、治疗时间：1min~99min，允差±30s。

八、产品名称：产后康复仪

数量：1台

参数要求：

1. 输出通道：独立四通道

2. 肌电检测

(1) AD采样率：≥8192 Hz；

(2) AD采样位数：≥16位；

(3) 系统噪声：≤1μV；

(4) 差模输入阻抗：>5MΩ；

(5) 共模抑制比：>100dB；

(6) 测量范围：10μV~1000μV；

3. 电刺激

(1) 频率：0.5Hz~999Hz，允差：≤±10%

(2) 脉宽：20μs~1000μs，允差：≤±20%。

(3) 刺激时间：1s~20s，允差±1s；

(4) 休息时间：0s~20s，允差±1s；

(5) 波升时间：0~10s，允差±1s；

(6) 波降时间：0~10s，允差±1s；

(7) 治疗时间：5min~40min，允差±5s；

(8) 输出强度：1~100mA，允差：≤±15%。

(9) 基波：双向对称波；

4.显示屏：>8英寸触摸显示屏；

5.支持外置电流调节旋钮；

软件参数：

1.▲内置应用软件：支持表面肌电评估、产后腰背疼痛评估等多种功能，支持神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、多媒体生物反馈等治疗训练功能模块；

2.支持NMES，治疗方案：包括子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛缓解、耻骨联合分离、慢性盆腔炎等多种内置方案，具有方案自定义功能；

3.支持ETS，触发阈值可自动计算、手动设置；

4.支持多人，多通道，多方案，随时开始；

5.独立、完整的方案管理模块，可以查询、修改、新增NMES方案；

6.提供常规刺激和变频电刺激两种刺激形式；

7.表面肌电评估实时评估患者肌力情况，出具评估报告，评估报告可存储及导出；

8.具备全新腰背疼痛评估方案，VAS疼痛评估组合；

9.具备多媒体生物反馈训练功能，可进行肌力、耐力训练；

10.内置高、数据存储更安全，存取效率更高。

九、产品名称：体外冲击波治疗仪

数量：1台

参数要求：

- ▲1、工作压力： $1 \times 10^2 \text{kPa} \sim 5.0 \times 10^2 \text{kPa}$ ，步进值 $0.1 \times 10^2 \text{kPa}$ 。
- ▲2、最大能量密度： $5 \text{mJ}/\text{mm}^2$ 。
- 3、最大输出能量：212mJ。
- ▲4、冲击频率：1~22Hz，步进值0.5Hz。
- 5、冲击次数：100~9900次，步进值100次。
- 6、单次冲击和连续冲击两种冲击模式。
- 7、操作显示： ≥ 8 英寸触摸屏。
- 8、输出通道：单通道。
- 9、支持减振功能。
- 10、至少有6个传导子。
- 11、治疗头金属部分不小于 135°C 高温高压下消毒。
- 12、治疗探头通过生物相容性检测。
- 13、智能化管理系统，支持计数、显示和重置功能。
- 14、具有语音播报功能。
- 15、输出压力波脉宽： $\geq 160 \mu\text{s}$ ，允差 $\pm 10\%$ 。
- 16、具有双重过压安全装置。
- 17、带有人体治疗部位选择图，内置处方数量不少于150个。
- 18、具有对压缩空气除水并自动排放功能。

十、产品名称：极超短波治疗机

数量：1台

参数要求：

- 1、温度： $+10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$ ；
- 2、湿度：30%~75%；
- 3、大气压力：700hPa~1060hPa；
- 4、电源：a.c.220V，50Hz。
- 5、输入功率：1400VA。
- 6、外观尺寸：490mm×440mm×1074mm，（长×宽×高）允差 $\pm 15\%$ ；
- 7、支臂尺寸：长度700mm，允差 $\pm 15\%$ 。
- ▲8、圆形辐射器主体尺寸： $\Phi 170 \text{mm}$ ，允差 $\pm 15\%$ ；
长方形辐射器主体尺寸：430mm×120mm，允差 $\pm 15\%$ ；
- 9、输出线长度：1700mm，允差 $\pm 15\%$ 。
- ▲10、工作频率：2450MHz，允差 $\pm 50 \text{MHz}$ 。
- 11、最大输出功率150W，允差 $\pm 20\%$ 。
- 12、定时范围：0~30min，允差 $\pm 1 \text{min}$ 。
- 13、附件：附件应符合YY0899-2020的要求。
- 14、支持连续式和脉冲式两种输出方式。

15、输出指示器：开始治疗后，治疗机应发出一个有声信号。在治疗机前方1m距离处，声级应至少为30dBA。

16、支持激励输出。

十一、产品名称：红外光灸疗机

数量：1台

参数要求：

1、额定输入功率：≤3000VA。

2、操作显示：≥8英寸液晶触摸显示屏。

3、治疗装置：≥10个红外光治疗装置、≥5个灸疗装置。

▲4、智能控制舱盖自动开合，舱盖内部设有急停按钮，可一键停止治疗开启舱盖。

5、红外光波长范围：580nm~1050nm。

6、输出光功率：最大10W，允差±2W。

7、光疗强度：3档可调。

8、工作时间：1min~99min可调，级差1min，允差±60s。

9、治疗温度≤60℃。

10、艾灸加热温度：100℃~160℃可调，允差±10℃，级差10℃。

11、具有两路独立的温度保护装置。

12、红光和艾灸可单独或同时使用。

十二、产品名称：红外光灸疗机

数量：1台

参数要求：

1、电源：AC 220V，频率：50Hz。

2、输入功率：1500VA。

1 3、主机尺寸：455×405×980mm，（长×宽×高）允差±10%。

4、支持双通道输出。

5、支架高度调节范围：460~1400mm，允差±30mm。

6、数码管显示。

▲7、治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置。

8、需具有艾灸能量裙。

9、红外光波长范围：580nm~1050nm。

10、输出光功率：≥10W，允差±2W。

11、光疗档位：1~3档。

12、光疗频率：至少包含6档。

13、艾灸加热温度：100℃~160℃，允差±10℃。

14、工作时间：1min~99min，允差±60s。

15、需具备两路独立的温度保护。

▲16、红光和艾灸可单独或同时使用。

17、具备防倾倒保护功能。

18、无烟灸疗，自动控温。

十三、产品名称：空气压力波治疗仪

数量：1台

参数要求：

- 1、≥8寸智能液晶屏显示。
- ▲2、核心配件：气泵具有高精度压力传感器控压。
- ▲3、穿戴式仿生性骨盆护套，双向立体设计。
- 4、循环压力治疗压力范围：0kPa~24kPa。
- 5、支持kPa和mmHg两种压强单位的显示切换。
- 6、支持单腔调压。
- 7、支持零压跳过。
- ▲8、治疗时间：1min~20h，可设置连续运行。
- 9、过压保护提示功能。
- 10、支持自动泄压功能。
- 11、安全保护功能：配备紧急功能开关。
- 12、静音治疗：设备使用噪声≤60dB(A)。
- 13、具备两种治疗模式。

十四、产品名称：超声波治疗仪

数量：1台

参数要求：

- 1、外形尺寸：≥380×310×135mm（长×宽×高）
- 2、输入功率：50VA。
- 3、单路输出。
- 4、5英寸液晶屏。
- 5、声工作频率：1MHz，允差±10%。
- ▲6、需具备四种输出模式。
- 7、有效声强：0~1.5W/cm²。
- 8、定时范围：1~30min，步进1min。
- 9、输出功率：≥6W。
- 10、有效辐射面积：4cm²。
- 11、波束不均匀性系数RBN：≤8.0。
- 12、准直型波束类型。
- ▲13、超温保护功能。

十五、产品名称：妇科熏蒸治疗机

数量：1台

参数要求：

- 1、外形尺寸：1500×800×1300mm，（长×宽×高）允差±10%。
- 2、输入功率：2300VA。
- 3、露头式全身熏蒸。
- 4、治疗温度：1~99℃，允差为±5℃。
- 5、治疗时间：1~99min，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

6、自动上水，加热锅容积： $\geq 5L$ 。

▲7、中药药液雾化功能：单区雾化量 $\geq 40mL/h$ 。

8、治疗机防干烧装置。

9、双重超温保护功能。

10、舱内具有单独停止加热按钮。

▲11、臭氧消毒功能。

12、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、自动防干烧、雾化功能、过载保护、预热功能，治疗结束自动提示等多种功能。

13、支持座椅高度调节，具有上盖手孔、花洒功能。

14、具有工作状态提示、多重故障自检错误代码显示功能。

十六、产品名称：骨盆功能康复训练机

数量：1台

参数要求：

1、外形尺寸：1930mm×1130mm×2440mm，（长×宽×高）允差 $\pm 10\%$ 。

2、额定供电电源：a.c.220V，50Hz；额定输入功率：300VA。

3、支持保护功能。

4、 ≥ 5 种拉力等级弹力绳。

5、360°环绕把手。

6、训练时间：0min~99min，允差 $\pm 30s$ 。

7、旋转盘旋转速度：0~15rpm，允差 $\pm 2rpm$ 。

8、旋转盘倾斜角度：0~15°，允差 ± 2 。

9、360°全角度非线性旋转训练。

▲10、 ≥ 10 大类训练方案，需具备 ≥ 50 种训练模式。

▲11、可进行八方向、多角度二维难度等级的人体静态评估。

12、需具备数据库管理系统、打印功能。

13、设定独立的训练方式。

14、支持手柄操作。

15、具有音乐播放功能。

16、硬件配置：触屏Windows操作系统平板电脑。

17、支持界面显示，需具备启停功能。

18、设备组成部分：3D非线性运动平台、支架、底座、线控开关、软件

▲19、基本单元组成部分：基本单元1套、辅助装置14套、吊带6个、岩钉钢环7个、头吊带2个、spo带1个、窄吊带1个、宽吊带（脊柱固定器）1个、颈椎牵引1套、吊索6个、迷你吊索3个、海绵枕1个、平衡海绵垫2个、透明防护板1个、弹力绳5根、腿托保护套4个。

十七、产品名称：智能矫正镜

数量：1个

参数要求：

1、镜面触控屏提供交互显示。

2、支持数据采集。

▲3、可单独使用本设备也可配合足底压力、减重、PT床、平衡杠类的设备共同使用。

4、支持数据分析，形成人体关键点数据。

5、传统矫正镜所具备的功能。

▲6、支持静态、动态检测。

7、姿态评估：可选不少于18种不同人体部位进行姿态关节活动能力检测。

8、姿态评估时间可调整，形成检测序列顺序检测。

9、支持评估报告。

▲10、体质检测：提供不少于14项常用检测内容。

11、支持历史记录查看。

12、镜面一体机设计。

13、方便移动，支持将屏幕挂于墙上。

14、检测过程专业化，检测系统一体化。

十八、产品名称：音波心理减压系统

数量：1套

参数要求：

一、尺寸

1、99cm×100cm×114cm（长×宽×高）

2、坐深×座宽×坐高：60cm×60cm×63cm

二、一体化控制面板

1、电源开/关机键

2、角度调节（伸展与收缩）键

▲3、头罩开/合键

▲4、靠垫温度加热键（温度三挡可调）

5、一键复位（所有角度恢复原始状态）

6、体感音乐模式控制

7、音源模式：SD卡、蓝牙、3.5MM音频输入及WiFi云端接收。

8、支持音波律动放松。自定义设置音频。

9、振动频率：16-150赫兹。

▲10、亚克力睡眠级遮光头罩。

11、无线触摸控制

12、蓝光氛围呼吸灯。

十九、产品名称：电脑恒温电蜡疗仪

数量：1台

参数要求：

1、蜡饼数：≥11层，最多可出大中小蜡饼≥12块。

2、设备最大功率：2700VA±10%。

3、温度设定范围：浸蜡温度1~57℃可调，熔蜡温度58~99℃可调，级差±1℃。

4、恒温箱温度范围：46~80℃可调，级差±1℃。

5、具有双重软件温度保护功能，配备独立的硬件温度保护装置。

- 6、熔蜡箱140L，恒温箱184L，允差±10%。
- 7、出蜡系统：三组独立出蜡系统。
- 8、断电记忆：蜡疗仪断电半小时内再上电，恒温功能、制饼时化蜡状态可记忆。
- 9、制蜡工作程序：自动、手动。
- 10、“一键”即可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存。
- 11、蜡液过滤装置：双重侧滤，过滤密度≥50目。
- 12、饼厚度：至少三级可调
- 13、制蜡工作模式：正常制蜡、预约制蜡、快速制蜡。
- 14、具有双重自动消毒模式（紫外线+高温）。
- 15、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏，支持一键锁屏，具有语音播报功能。
- 16、恒温箱内设有照明，并设有观察窗。
- 17、提示功能：故障自检报警功能，并附有错误代码提示
- 18、具有薄膜切割功能。

二十、产品名称：深层肌肉刺激仪

数量：20台

参数要求：

- 1、主机尺寸（长宽高）：≤100×50×150mm。
- 2、转速：≥四挡。
- 3、振动幅度：≥6mm。
- 4、电池容量：≥2000mAh。
- 5、按摩头：≥5个。
- 6、具有磁作用治疗头
- 7、噪声：≤60dB（A）。

二十一、产品名称：艾草颈椎枕

数量：50个

参数要求：

- 1.面料：亚麻
- 2.填充物：艾草家
- 3.用安神助眠，提高睡眠质量

二十二、产品名称：盆底肌肉康复器

数量：1台

参数要求：

- 1、规格：22g~79g，允差±2g。
- 2、人体工程学设计。
- 3、尾线结实耐用，不易断裂。
- 4、硅胶材质柔韧舒适。
- 5、收纳盒外观精美，内部通风设计，避免细菌滋生。

二十三、

（一）装修风格（按照样板图设计进行装修）

1. 整体设计：以温馨、舒适为主题，融合中医文化元素和现代医疗氛围。
2. 功能区域装修
 - 接待区：采用柔和灯光、舒适沙发和绿植，设置咨询台和展示架，展示服务项目和专家信息，
 - 走廊区：配备展柜、配备临时候诊设施。
 - 诊疗区：盆底诊疗室注重隐私和设备布局合理性。
 - 康复训练区：配备适合盆底康复训练的器材，空间宽敞明亮，方便患者训练。

（二）装修预算（提供免费装修服务）

内含：

- 1、装修材料（地面医用PVC材质、墙面竹木材质插板、异形项天花板）、舒适沙发、茶几、饮水机、绿植、装饰摆件等、咨询台及展示柜、储物柜。

评估室：办公桌椅、电脑、档案柜均按样板图进行装修。
- 3、诊疗区：包括中医、盆底诊疗室、康复训练区，装修及设备摆放涉及隐私保护设施、诊疗室内医疗设备安装及配套设施，墙面宣传栏（包括中医、盆底宣传）、休息设施。
- 4、护士站装修（底柜用不锈钢材质），电梯入口大厅装修，整体墙面积刷新，宣传栏（女性健康管理中心，背景造型+亚克力字），楼道内、房间内的宣传栏，手术室对面墙，2m×6m的患者教育宣传栏，走廊配置候诊椅。
- 5、训练区照明（灯具符合装修风格）、取暖（4间阴面诊疗区安装空调）。

（三）装修要求：

按照统一的标准装修项目及选材清单组织实施，主要包括运动康复室、盆骨手法矫正室，心理减压室、疼痛治疗室、污物间、蜡疗室、熏蒸室、腹直肌修复室、乳腺调理室、磁刺激治疗室、女性盆地康复治疗室、医生办公室等室内部位的地胶安装和墙面、顶棚粉刷及宣传栏的安装与制作，具体做法是：

- 拆除工程，拆除原有科室、走廊以及其他及施工部分吊顶，废弃宣传展板等；
- 地面，原有地砖水泥自流平打底，铺贴医用PVC地板卷材饰面；
- 墙面，墙面打磨找平，墙面竹木材质插板、异形项天花板，pvc塑胶配套踢脚线安装，导视牌、文化展板、宣传专栏制作及安装；
- 顶棚，各治疗室采用异形项天花板，走廊铝扣板吊顶制作安装，灯具、窗帘采购及安装；
- 电路改造，按照原有入户强电和弱电线路，更换空气开关，重新暗埋照明，开关线路，更换开关、插座、灯具，配备弱电箱、转换器等；
- 给排水改造，按照原有入户水管，根据需要使用科室重新暗埋给排水管道；
- 空调，4台1.5p壁挂；
- 护士站，导医台制作；

- 大型设备配备UPS及稳压器。

(四) 运营方式

1. 服务项目

- 中医妇科服务：提供月经不调、痛经、产后气血亏虚等病症的中医诊疗，运用中药内服、针灸、推拿等方法。
- 盆底健康管理：针对产后女性和盆底功能障碍患者，开展盆底评估、个性化康复训练和治疗。
- 疼痛管理：开展疼痛评估，制定个性化方案和治疗。
- 骨盆修复及腹直肌手法治疗

2. 人员配置：专业医护团队：调配经验丰富的中医师、妇产科医生、盆底康复治疗师和护士，确保医疗服务质量。

3. 运营与推广

- 运营：竞标公司利用其资源进行为期 3 个月的运营，运营期间未达到预期效果延长运营时限。
- 医院内部渠道：加强与其他科室协作，实现患者转诊。
- 客户关系管理：建立患者档案，定期回访，提高患者满意度和忠诚度。

(五) 售后

- ★1. 质保期过后对设备的维修只向用户收取更换部件的成本费。
- ★2. 对所有部件终身维修服务；每年免费提供有效质检报告单，对设备定期维护保养。
- ★3. 所有设备免费培训，由培训人员讲解有关产品的使用方法及维护保养，并免费培训1-2名使用单位人员能独立操作。
- ★4. 用户验收合格后，请填写“产品培训验收报告”，并签字/盖章，交培训人员带回厂内备案。
- ★5. 提供“主机保修壹年”的优质服务，以“产品培训验收报告”上的日期为准。

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一、评审要求

1. 评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2. 评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3. 询价小组

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

(1) 确认或者制定询价通知书；

(2) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

(3) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；

(5) 编写评审报告；

(6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二、落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（五原县妇幼保健院女性(中医)健康管理中心医疗设备及配套设施采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评审程序

1.资格审查

1.1询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

询价小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

五原县妇幼保健院女性(中医)健康管理中心医疗设备及配套设施采购项目

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

2.符合性审查

2.1 询价小组依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

2.2 符合性审查中有任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

五原县妇幼保健院女性(中医)健康管理中心医疗设备及配套设施采购项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3.询价

询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

4.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和 Service 均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和 Service 均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最

低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一、合同

1. 合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

供应商按照以下格式编制响应文件。

响应文件封面格式：

(项目名称)

响应文件

(正本/副本)

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(供应商名称) (盖章)

年 月 日

响应文件目录格式：

目 录

- 一、响应承诺书
- 二、报价一览表
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳保证金证明材料
- 六、供应商基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、供应商业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

响应文件正文格式：

一、响应承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的采购，项目编号：_____，我方自愿参与，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目询价通知书的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方在报价表中的报价为响应总报价。

四、我方同意提供贵方要求的与询价有关的任何数据和资料。

五、我方将按照询价通知书、响应文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

六、我方响应报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方提供的响应文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

九、若我方成交，愿意按有关规定及询价通知书要求缴纳代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、报价一览表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成报价一览表，若在响应文件中出现非系统生成的报价一览表，且与“投标客户端”生成的报价一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

报价一览表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称

序号	采购项目名称/包名称	总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

报价一览表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

三、分项报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (供应商名称) 的法定代表人，现委托_____ (姓名) 为我方代理人，参加_____ (项目名称) 的采购，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改询价项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

供应商 (盖章)：_____

法定代表人 (签字)：_____

授权委托人 (签字)：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

五、缴纳保证金证明材料

供应商应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

供应商提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加_____ (项目名称) 的采购, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体采购事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加采购活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照询价通知书、响应文件和合同的要求全面履行义务, 并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十三、中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 询价通知书的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于询价通知书主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

供应商名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	技术要求		响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“技术要求”栏应详细列明询价通知书中的技术要求。

2.“响应内容”栏填写供应商对询价通知书提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足询价通知书要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按询价通知书要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

二十、供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.询价通知书要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供其他资料。