

免散瞳眼底照相机参数

▲1、可做 MMC 数据传输(MMC 软件)

2、操作模式：自动追踪（上下左右），自动对焦（前后），自动测量. 自动转换左右眼

3、操作者方位：病人侧，对侧，旁侧

4、闪光强度：标准 4WS，15 档可调

5、视场角：45/30 或等同（数码变焦）

6、工作距离：34.8 mm（眼底照相时）

7、照相瞳孔直径：45°：4.0 mm 以上

▲8、小瞳孔直径：3.3 mm 或以上

9、小瞳孔照相：具有小瞳孔光圈、数码对焦和叠加切边辅助功能

10、显示屏：8.5 英寸触摸屏，可水平旋转 180 度，垂直旋转 180 度，具备重力感应

11、固视标：内部固视标：采用液晶点阵，8 种固视标类型，其中周边模式有 9 点固视标，DCF 模式用于糖网筛查。外固视标：三接头外固视标

12、额托：电动额托自动升降

13、真实色彩眼底图像：采用高质量传感器

14、附加模式：立体照相，眼前节照相

15、储存模式：USB, 数据库系统，DICOM 直连，可轻松连接医院 PACS 和 EMR

16、患者屈光度校正范围：

无屈光度补偿镜片：-13D 至+12D

使用凹补偿透镜：-12D 至-33D

使用凸补偿透镜：+11D 至+40D

17、数据库：软件工作站

18、电源电压：AC100-240V

19、功率输入：120VA

20、频率：50-60HZ

21、具备工作站系统