

体检设备采购项目

公开招标文件

采购单位名称：锡林郭勒盟蒙医医院

采购代理机构名称：锡林郭勒盟晋晟工程项目管理咨询有限公司

项目编号：**152500-XMJS-GK-20230004**

2023年10月11日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

锡林郭勒盟晋晟工程项目管理咨询有限公司受锡林郭勒盟蒙医医院委托，采用公开招标方式组织采购体检设备采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：体检设备采购项目

项目编号：152500-XMJS-GK-20230004

采购计划备案号：锡财购备字（电子）[2023]02913号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	听力计及测听室、耳鼻喉综合治疗台、内窥镜摄像系统、	3	详见招标文件 件	684,000.00
2	一氧化氮检测仪、动脉硬化检测仪、	2	详见招标文件 件	184,000.00
3	眼科裂隙灯显微镜检查仪、光学相干断层扫描仪、验光仪	3	详见招标文件 件	1,700,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体响应，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,投标人应当具备特定行业法定准入要求）。

5.本项目的其他资质要求：

合同包1（听力计及测听室、耳鼻喉综合治疗台、内窥镜摄像系统、）：

- 1)（1）投标人为所投产品的医疗器械生产企业：所投产品为第二类、第三类医疗器械的，生产企业需提供《医疗器械生产许可证》；所投产品为第一类医疗器械的，生产企业需提供第一类医疗器械生产备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）（2）投标人为医疗器械经营企业的：所投产品为第三类医疗器械的，经营企业需提供《医疗器械经营许可证》；所投产品为第二类医疗器械的，经营企业需提供第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营许可证》；（适用于按医疗器械管理的货物）（3）提供食品药品监督管理部门核发的有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的货物）（4）投标产品如不属于医疗器械，需提供相关证明材料。

合同包2（一氧化氮检测仪、动脉硬化检测仪、）：

- 1)（1）投标人为所投产品的医疗器械生产企业：所投产品为第二类、第三类医疗器械的，生产企业需提供《医疗器械生产许可证》；所投产品为第一类医疗器械的，生产企业需提供第一类医疗器械生产备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）（2）投标人为医疗器械经营企业的：所投产品为第三类医疗器械的，经营企业需提供《医疗器械经营许可证》；所投产品为第二类医疗器械的，经营企业需提供第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营许可证》；（适用于按医疗器械管

理的货物) (3) 提供食品药品监督管理部门核发的有效的医疗器械注册或备案证明; (适用于按医疗器械管理的货物)

(4) 投标产品如不属于医疗器械, 请提供相关证明材料。

合同包3(眼科裂隙灯显微镜检查仪、光学相干断层扫描仪、验光仪):

1) (1) 投标人为所投产品的医疗器械生产企业: 所投产品为第二类、第三类医疗器械的, 生产企业需提供《医疗器械生产许可证》; 所投产品为第一类医疗器械的, 生产企业需提供第一类医疗器械生产备案凭证; (适用于按医疗器械管理的货物) (2) 投标人为医疗器械经营企业的: 所投产品为第三类医疗器械的, 经营企业需提供《医疗器械经营许可证》; 所投产品为第二类医疗器械的, 经营企业需提供第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营许可证》; (适用于按医疗器械管理的货物) (3) 提供食品药品监督管理部门核发的有效的医疗器械注册或备案证明; (适用于按医疗器械管理的货物) (4) 投标产品如不属于医疗器械, 请提供相关证明材料。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求:

本项目采用“不见面开标”模式进行开标(投标人无需到达开标现场, 开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标)。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件, 并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称: 锡林郭勒盟晋晟工程项目管理咨询有限公司

地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市敖东聚小区11号楼3单元301室

联系人: 廉佳垚

联系电话: 18304796006

采购单位名称: 锡林郭勒盟蒙医医院

地址: 锡林浩特市那达慕西街187号

联系人: 张鹏

联系电话: 15047910491

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共3包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（听力计及测听室、耳鼻喉综合治疗台、内窥镜摄像系统、）：综合评分法 包2（一氧化氮检测仪、动脉硬化检测仪、）：综合评分法 包3（眼科裂隙灯显微镜检查仪、光学相干断层扫描仪、验光仪）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受 包3： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。 采购机构代理服务收费标准：依据内工建协[2022]34号文件执行
15	投标保证金	听力计及测听室、耳鼻喉综合治疗台、内窥镜摄像系统、：保证金人民币：0.00元整。一氧化氮检测仪、动脉硬化检测仪、：保证金人民币：0.00元整。眼科裂隙灯显微镜检查仪、光学相干断层扫描仪、验光仪：保证金人民币：0.00元整。

1 6	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
1 7	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
1 8	是否专门面向 中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 采购包3：非专门面向中小企业
1 9	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2 0	报价形式	合同包1（听力计及测听室、耳鼻喉综合治疗台、内窥镜摄像系统、）:总价 合同包2（一氧化氮检测仪、动脉硬化检测仪、）:总价 合同包3（眼科裂隙灯显微镜检查仪、光学相干断层扫描仪、验光仪）:总价
2 1	现场踏勘	否
2 2	其他	兼投兼中：本项目兼投兼中。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光

盘)表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时,投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行,由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标,只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的,采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的;
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容(包括澄清或者修改),按照招标文件要求以及格式编制投标文件,并保证其真实性,否则一切后果自负。

本次公开招标项目,是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何,采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指锡林郭勒盟蒙医医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指锡林郭勒盟晋晟工程项目管理咨询有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求,并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的,应符合以下规定:

6.1联合体各方应签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务,并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

听力计及测听室、耳鼻喉综合治疗台、内窥镜摄像系统、

具有独立承担民事责任的能力	营业执照、税务登记证、组织机构代码证(若投标企业已办理三证合一营业执照，只需提供三证合一营业执照)
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标人须提供银行出具的资信证明 2022年01月01日之后开具的资信证明)或会计师事务所出具的(2020年度-2022年度)任意一年财务审计报告；自然人可不提供
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标人须提供缴纳2022年01月至投标截止之日任意连续三个月纳税和社保的凭证或提供本单位或个人承诺的已缴纳社保和纳税的承诺函(格式自拟)（如不纳税的，请提供税务机关开具的不欠税证明)注:其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审育投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审音投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	信用中国网站(www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询信用记录的截图。中国政府采购网截图时间为公告发布之日至投标截止时刻之间任意时刻，图上要体现查询时间；信用中国网站截图时间不做要求。

特定资格要求	<p>(1) 投标人为所投产品的医疗器械生产企业：所投产品为第二类、第三类医疗器械的，生产企业需提供《医疗器械生产许可证》；所投产品为第一类医疗器械的，生产企业需提供第一类医疗器械生产备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）</p> <p>(2) 投标人为医疗器械经营企业的：所投产品为第三类医疗器械的，经营企业需提供《医疗器械经营许可证》；所投产品为第二类医疗器械的，经营企业需提供第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营许可证》；（适用于按医疗器械管理的货物）</p> <p>(3) 提供食品药品监督管理部门核发的有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的货物）</p> <p>(4) 投标产品如不属于医疗器械，需提供相关证明材料。</p>
--------	---

一氧化氮检测仪、动脉硬化检测仪、

具有独立承担民事责任的能力	营业执照、税务登记证、组织机构代码证(若投标企业已办理三证合一营业执照，只需提供三证合一营业执照)
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标人须提供银行出具的资信证明 2022年01月01日之后开具的资信证明)或会计师事务所出具的(2020年度-2022年度)任意一年财务审计报告；自然人可不提供
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标人须提供缴纳2022年01月至投标截止之日任意连续三个月纳税和社保的凭证或提供本单位或个人承诺的已缴纳社保和纳税的承诺函(格式自拟)（如不纳税的，需提供税务机关开具的不欠税证明)注:其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审育投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审音投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	信用中国网站(www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询信用记录的截图。中国政府采购网截图时间为公告发布之日至投标截止时刻之间任意时刻，图上要体现查询时间；信用中国网站截图时间不做要求。
特定资格要求	<p>(1) 投标人为所投产品的医疗器械生产企业：所投产品为第二类、第三类医疗器械的，生产企业需提供《医疗器械生产许可证》；所投产品为第一类医疗器械的，生产企业需提供第一类医疗器械生产备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）</p> <p>(2) 投标人为医疗器械经营企业的：所投产品为第三类医疗器械的，经营企业需提供《医疗器械经营许可证》；所投产品为第二类医疗器械的，经营企业需提供第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营许可证》；（适用于按医疗器械管理的货物）</p> <p>(3) 提供食品药品监督管理部门核发的有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的货物）</p> <p>(4) 投标产品如不属于医疗器械，需提供相关证明材料。</p>

眼科裂隙灯显微镜检查仪、光学相干断层扫描仪、验光仪

具有独立承担民事责任的能力	营业执照、税务登记证、组织机构代码证(若投标企业已办理三证合一营业执照，只需提供三证合一营业执照)
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标人须提供银行出具的资信证明 2022年01月01日之后开具的资信证明)或会计师事务所出具的(2020年度-2022年度)任意一年财务审计报告；自然人可不提供

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标人须提供缴纳2022年01月至投标截止之日任意连续三个月纳税和社保的凭证或提供本单位或个人承诺的已缴纳社保和纳税的承诺函(格式自拟)(如不纳税的,请提供税务机关开具的不欠税证明)注:其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录的截图。中国政府采购网截图时间为公告发布之日起至投标截止时刻之间任意时刻,图上要体现查询时间;信用中国网站截图时间不做要求。
特定资格要求	(1) 投标人为所投产品的医疗器械生产企业:所投产品为第二类、第三类医疗器械的,生产企业需提供《医疗器械生产许可证》;所投产品为第一类医疗器械的,生产企业需提供第一类医疗器械生产备案凭证;(适用于按医疗器械管理的货物)(2) 投标人为医疗器械经营企业的:所投产品为第三类医疗器械的,经营企业需提供《医疗器械经营许可证》;所投产品为第二类医疗器械的,经营企业需提供第二类医疗器械经营备案凭证或《医疗器械经营许可证》;(适用于按医疗器械管理的货物)(3) 提供食品药品监督管理部门核发的有效的医疗器械注册或备案证明;(适用于按医疗器械管理的货物)(4) 投标产品如不属于医疗器械,需提供相关证明材料。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后,采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告,同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人,中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时,中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书,中标通知书是合同的组成部分,中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后,采购人不得违法改变中标结果,中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

锡林郭勒盟蒙医医院采购体检设备8台。

一. 项目概况:

1.项目简介

- (1) 体检设备采购项目，采购预算金额为2568000.00元。
- (2) 本项目分3个包

2.项目重要说明及要求

- (1) 本项目投标报价应包含项目清单范围内的所有内容。
- (2) 每一种规格的工程、货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.价格特别说明

投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值

【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】

最低报价不是中标的唯一依据。经评委一致认定，供应商的投标总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其投标将被拒绝。备注：最低报价不是 中标的唯一条件，评标委员会认为投标报价明显不合理或者明显低于上限控制价(与上限控制价相比较的让利幅度>20%)的，投标人须在评标时提供加盖投标单位公章的相关证明材料，相 关证明材料为投标人在本项目招标公告发布之日止前两年内至少承接过三个不低于本项目的类似业绩的报价成本组成明细(并提供该中标通知书、合同及验收报告复印件或传真件现场核查)：报价组成明细包括规费、税金不可竞争成本；人工工资、材料费、机械使用费、措施费有限竞争费用；施工利润、企业管理费完全竞争费用等三部分。(以上材料需提供复印件或传真件核查),证明其投标报价未低于成本,如果不提供或者提供的有关证明材料不完整,评委有权认定投标报价低于成本价有可能影响。

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（听力计及测听室、耳鼻喉综合治疗台、内窥镜摄像系统、）

1.主要商务要求

标的提供的时间	签订合同后15个工作日内
标的提供的地点	锡林郭勒盟蒙医医院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例90%，货到安装验收合格，且中标人开具增值税全额发票后，支付合同金额的90%。 2期：支付比例10%，一年内付清余款。

验收要求	<p>1期：（1）投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。</p> <p>（2）货物运抵采购项目(标的) 交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作设备验收单并签署验收意见。（3）装机验收时，需对所有投设设备功能及参数进行逐一验证，如有不符予以退机，并报财政监管部门处理。</p>
履约保证金	不收取
其他	<p>售后服务要求：（1）投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后 5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务(维修站)的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务(维修站)的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。（2）投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后 3天内将这些资料免费给采购人。（3）投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员费用，如:差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。（4）投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。（5）投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（6）在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后 2小时内给予反馈，24 小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。</p> <p>质量保修范围和保修期：（1）质保期：≥1年；（2）投标人应负责投标货物保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应保证维修时所需的关键配件的供应。（3）投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。(涉及的设备须提供，不涉及的设备不用提供)（4）在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2 小时内给予反馈，24 小时内派技术人员赴现场提供维修服务解决问题。如不能按采购人要求的时间完成维修，投标人应保证免费提供同类备用设备供采购人使用</p>

其他要求：（1）投标人需要提供投标产品技术支持资料(或证明材料)。技术支持资料指生产厂家公开发布的资料或国家认可的检验报告，若生产厂家公开发布的资料或国家认可的检验报告不一致，以国家认可的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料(或证明材料)不一致，将以技术支持资料(或证明材料为准)。（2）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。（3）工作条件:除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件:仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。如果仪器设备需特殊的工作条件(如:水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等)，投标人应在有关投标文件中加以说明。（4）培训要求:培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包(品目)最终用户设备操作人员提供不少于 1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准）。

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	听力计及测听室	套	1.00	280,000.00	280,000.00	否	工业	详见附表一
2		其他医疗设备	耳鼻喉科综合治疗台	套	1.00	110,000.00	110,000.00	否	工业	详见附表二
3		医用内窥镜	内窥镜摄像系统	套	1.00	294,000.00	294,000.00	否	工业	详见附表三

附表一：听力计及测听室 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>（一）基本参数：</p> <p>1.通道：2</p> <p>2.测试频率：125Hz～8000Hz(气导和自由声场11个标准测试频点)；125Hz～8000Hz(骨导11个标准测试频点)；</p> <p>1) 测试频点可默认也可自由选择；</p> <p>2) 频率测试顺序可选环绕、返回及停止；</p> <p>3.输出声强</p> <p>气导：-10dBHL～120dBHL（气导耳机及插入式耳机）；</p> <p>骨导：-10dBHL～80dBHL（骨导耳机）；</p> <p>自由声场：-10dBHL～100dBHL（纯音）-10dBHL～90dBHL（言语）；</p> <p>内置扬声器：-10dBHL～90dBHL（纯音）-10dBHL～70dBHL（言语）；</p>

- 1) 可自定义起始声级;
- 2) 可选顺时针或逆时针控制声强;
- 3) 言语声级单位可选HL或者SPL;
- 4) 自定义平均听阈计算频率;
- 4.步进: 1, 2, 5dB;
- 5.给声持续时间: 自定义(0.1s~5s), 无限制, 1.5s;
- 6.测试信号:
纯音、脉冲音(250ms或500ms可选)、啞音(5%频率调制, 重复率5Hz);
言语信号: 麦克风信号、CD播放文件、SD卡中Wave文件;
掩蔽信号: 窄带噪声、白噪声、言语噪声;
- 1) 固定给声旋钮可选: 左固定测试信号, 右固定噪声信号或者互换;
- 2) CD给声通道可选(双通道, A通道, B通道);
- 7.输入接口: 鹅颈式麦克风: 用于言语测试及告知患者注意事项;
对讲麦克风: 患者使用;
录音机/CD机: 播放测试材料;
- 8.输出接口: 气导耳机, 骨导耳机, 插入式耳机, 监听耳机, 自由声场;
- 9.其他接口: SD卡, 网络, USB;
- 10.特殊功能键: 授话, 持续给声或中断, 锁定, 跟踪及锁&跟, S存储键;

(二) 测试项目

- 1) 基本测试项目:
 - 1.纯音测试(气导测试, 骨导测试);
 - 2.声场测试;
 - 3.言语测试;
 - 4.MCL舒适阈测试;
 - 5.UCL不适阈测试;
- 2) 特殊测试项目:
 - 1.SISI测试(短增量敏感指数测试);
 - 2.ABLB测试(双耳交替平衡响度测试);
 - 3.MLB测试(单耳平衡响度测试);
 - 4.CarhartTD测试(卡哈特音衰测试);
 - 5.Stenger测试(伪聋测试);
 - 6.Langenbeck测试(噪声下的纯音测试);
 - 7.MHA测试(助听器模拟测试);

(三) 操作语言: 全中文操作界面

(四) 数据传输: 标配USB数据线可连接计算机同步数据传输, 另可直接连接鼠标键盘输入患者医院信息;

(五) 存储: 需具备3种或者3种以上的数据存储方式; 标配2GBSD卡, 直接存储>1000个测试结果; 另可使用U盘存储; 计算机可存储海量测试结果;

(六) 显示屏: 高清彩色显示屏;

(七) 打印机: 需具备两种或两种以上打印方式; 通过主机USB接口连接打印机直接打印; 通过连接计算机后再打印;

(八) 软件兼容性: 可连接专用数据库进行存储数据及处理, 同时兼容Noah、OtoAccess数据库

;

(九) 配置:

1.主机1台;

2.DD45气导耳机1副;

3.B71骨导耳机1只;

4.患者应答器1个;

5.鹅颈式麦克风1个;

6.2GBSD卡1个;

测听室

1、参照国家标准GB/T16403《声学测听方法纯音气导、骨导听阈基本测听法》生产, 室内本底噪声 $\leq 28\text{dB(A)}$ 标准, 《室外本底噪声 $\leq 55\sim 60\text{dB(A)}$ 》,性能达到: 屏蔽手机、FM、AM波;

2、尺寸内径:1.5*1.5*2.5m;

3、双层中空隔音屏蔽窗, 尺寸: 70cm(宽)*60cm(高);

4、双磁控凸凹式隔音屏蔽门, 独立双门尺寸: 186cm(高)*80cm(宽);

5、独立超强静音换气系统, 具有良好的空气流通性,换气量每小时5~10立方通风工作状态下隔音室内强制通风换气、可接空调引入通风(风口噪声小于22dB); 同时经屏蔽材料处理;

6、双“悬浮”式阻尼减振器与原地面隔离, 同时经屏蔽材料处理,减振器额定载荷: $\geq 140\text{Kg/只}$; 额定静变形: $\leq 9\text{mm/只}$; 额定固有频率: $7\pm 1\text{HZ/只}$; 阻尼比: ≥ 0.05 , 耐高温、耐潮湿, 不老化蠕变;

7、密闭式信号接入系统, 可减少检测设备的声音衰减,不能使用信号转换接口, 同时经屏蔽材料处理;

8、外表面1.5 mm外饰烤漆钢板,冷轧钢板、双面静电喷涂, 防潮、防锈, 不得使用喷漆, 钢板内必须附着阻尼材料, 防止钢板共振;

9、内表面: 冲孔铝板, 冲孔率40%;

10、内地面: 环保地胶;

11、回字型双层悬浮结构, 测听室六面墙体不得与房间混凝土墙体有刚性连接, 组装式, 可拆卸、搬迁, 现场施工不得焊接, 同时经屏蔽材料处理,全部采用环保材料、安装完成即可投入使用;

12、LED吸顶灯与测听室顶部平整(抗干扰处理);

13、接地系统:黄铜螺纹接地端子,单点接地;

14、电源: 220V 50HZ使用环境: 温度 $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二: 耳鼻喉科综合治疗台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>一、耳鼻喉治疗台</p> <p>1.三关节万向转动LED冷射灯设计：可做任何方向调节。2）LED冷射灯光自然光（白光照明，工作温度$\leq 40^{\circ}\text{C}$），光线直射，无反射、折射影响效果，LED灯泡使用寿命$> 10000\text{h}$；</p> <p>2.大理石主操作台：防止药液渗漏；规格：$\geq 800(\text{W}) \times 450(\text{D}) \times 680(\text{H})\text{mm}$；</p> <p>3.机箱：金属材质，数控成型，电子喷塑；</p> <p>4.一体式喷药枪：无芯一体技术，无膛线。无水滴、无阻塞现象；</p> <p>5.高性能正压泵：$0 \sim 0.3\text{Mpa}$，可调；最大压力0.3Mpa；</p> <p>6.高性能负压泵：$0\text{MPa} \sim -0.1\text{MPa}$采用防回流装置，采用减震防噪音设计，安全环保，易清洁；负压吸引管内置于机箱内；</p> <p>7.加热除雾装置：采用防尘装置，防止灰尘异物进入；平滑加热，性能稳定；定时设置人工控制开关，以避免误启动；</p> <p>8.分泌物吸引装置：可调节吸力大小；</p> <p>9.纱布容器：嵌入式设计，便于投放和取出；</p> <p>10.吸入污物瓶：主、副污物瓶规格为2500ml和250ml，采用防回流装置；</p> <p>11.正常工作噪声：$< 60\text{dB}$；</p> <p>二、座椅</p> <p>1.电动病人椅：$\geq 580(\text{W}) \times 750(\text{D}) \times 1200(\text{H})\text{mm}$，$220\text{V}/50\text{Hz}$，旋转角度不小于$300^{\circ}$，两侧扶手可以$360^{\circ}$旋转，速度$\leq 10\text{mm/s}$，靠背倾斜不大于$170^{\circ}$，最大负载$\geq 150\text{kg}$；人体工程学设计，可与治疗台连接，三方位控制其升降；</p>
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：内窥镜摄像系统 是否允许进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
	<p>(一)、摄像主机和摄像头</p> <p>1、采用3个CMOS芯片的摄像头，摄像头全数字化传输，采集像素$\geq 1920 \times 1080$；</p> <p>2、摄像头水平分辨率≥ 1100线，有效像素为$\geq 1600\text{KPix}$；</p> <p>3、摄像头操作按键≥ 3个，可自定义≥ 6种快捷方式，可预设≥ 15种功能；</p> <p>4、摄像头可控制其他手术设备，如冷光源亮度调节；</p> <p>5、摄像头物镜适配器与内窥镜目镜罩接口直径应在$31.8 \sim 32.5\text{mm}$范围内；</p> <p>6、摄像头和主机之间连线采用金手指接口；</p> <p>7、摄像头具备≥ 2.14倍光学变焦功能和≥ 2倍齐变焦技术，光学变焦连续可调，在光学变焦的过程中，始终保持图像的清晰；</p> <p>8、变焦摄像头系统视场角（对角线），最小焦距时为$\geq 27^{\circ}$，最大焦距时为$\geq 12^{\circ}$；</p> <p>9、摄像系统信噪比标称值为$\geq 45\text{dB}$；</p> <p>10、摄像主机输出支持1080P逐行扫描，分辨率是$\geq 1920 \times 1080$；</p> <p>11、摄像主机具有自动白平衡功能；具有主机调节术野画面亮度功能（≥ 6级可调）；</p> <p>12、摄像主机具有电子变焦，倍率为：≥ 4.0，电子变焦为≥ 8级可调；</p> <p>13、摄像主机预置≥ 9种手术模式，支持用户定义和调用自定义的手术模式。手术模式可一键切换；</p> <p>14、摄像主机具有图像优化和参数调节功能，可调节的功能包括：手动/自动曝光控制、图像多角度翻转、实时图像标记、多种画中画同屏显示、多种纤维镜图像优化、图像增强、色彩偏好；</p>

- 15、摄像主机采用 ≥ 7 英寸彩色液晶触摸屏，可通过触摸屏对系统参数和图像参数进行调整；
- 16、摄像主机具有图像采集和视频录制功能，存储像素为 1920×1080 。图像储存格式是JPEG；视频录制 ≥ 3 种不同压缩质量的影像存储，存储格式为MP4；采集的图像和录制的视频可在摄像系统触摸回放，图像视频存储位置可选择，外部存储，内部存储，内外部存储同时储存；
- 17、摄像主机具有内置硬盘，存储容量 $\geq 120G$ ，可支持存储容量的升级；
- 18、摄像主机内置 ≥ 5 个USB口，支持USB2.0和USB3.0格式，可识别外接存储介质进行图片和视频的输，并可在触摸屏上显示外接存储设备的状态和可支持的录制时长；
- 19、摄像主机具有病人信息管理功能，可录入、修改和删除病人信息，可将病人信息（包括采集的图像和视频）导出到移动存储介质中；
- 20、摄像主机可支持软件升级及远程故障诊断；
- 21、摄像主机支持中英文操作；
- 22、摄像主机在工作条件下，整机噪声 $\leq 42dB$ ；
- 23、摄像主机具有手动、自动调节光源亮度的功能；
- （二）医用冷光源
- 1、光源类型：LED；
- 2、LED灯泡的使用寿命 ≥ 60000 小时；设备具备防故障的安全措施，当光源灯泡达到使用寿命时，具有灯泡寿命提醒，提示需要更换灯泡；
- 3、光源色温：5000K-7000K；
- 4、光源的输出总光通量为 $1500lm$ ，最大中心照度 $\geq 320000lx$ ，保证光照充足；
- 5、光源300nm~1700nm波长范围内的辐通量和光通量比值 $\leq 6mW/lm$ ；
- 6、设备支持亮度手动10级调节和亮度外部设备控制自动调节功能；
- 7、设备具有光纤插入感应功能，在没有光纤的插入情况下，不进入发光模式；
- 8、设备具备多类型光纤旋转适配插口，在不更换零件的情况下，可兼容多种光纤接口类型；
- 9、冷光源在正常运行时产生的最大噪声 $\leq 45dB$ ；
- 10、设备电击防护类型为CFI类，可用于心脏手术的需要；
- 11、设备具备待机模式和工作模式，并支持外部设备通过串行控制接口升级和诊断系统；
- 12、配备导光束一根，直径3.5mm，长度3米；
- （三）、医用显示器
- 1、 ≥ 27 寸医用显示器，分辨率为 $1920(H) \times 1080(V)$ pixels，有效显示区域 $597.89(H) \times 336.31(V)$ mm；
- 2、具备DP、HDMI、DVI、SDI接口，可满足多种分辨率的影像显示；
- 3、背光亮度 $\geq 1000cd/m^2$ ；
- 4、具备大视角L/R $\geq 75^\circ$ Typ，U/D $\geq 75^\circ$ Typ，；
- （四）、医用台车
- 1、台车底座连接4个万向轮，支持万向转动和刹车；
- 2、台车带 360° 可移动的显示器支架，满足更多角度和高度的观看需求；
- 3、台车带摄像头支架，随用随取；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包2（一氧化氮检测仪、动脉硬化检测仪、）

1.主要商务要求

标的提供的时间	签订合同后15个工作日内
---------	--------------

标的提供的地点	锡林郭勒盟蒙医医院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
付款方式	<p>1期：支付比例90%，货到安装验收合格，且中标人开具增值税全额发票后，支付合同金额的90%。</p> <p>2期：支付比例10%，一年内付清余款。</p>
验收要求	<p>1期：（1）投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。</p> <p>（2）货物运抵采购项目(标的) 交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作设备验收单并签署验收意见。（3）装机验收时，需对所有投设备功能及参数进行逐一验证，如有不符予以退机，并报财政监管部门处理。</p>
履约保证金	不收取
其他	<p>售后服务要求：（1）投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后 5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务(维修站)的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务(维修站)的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。（2）投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后 3天内将这些资料免费给采购人。（3）投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员费用，如:差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。（4）投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。（5）投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（6）在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后 2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。</p> <p>质量保修范围和保修期：（1）质保期：≥1年；（2）投标人应负责投标货物保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应保证维修时所</p>

需的关键配件的供应。（3）投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（涉及的设备须提供，不涉及的设备不用提供）（4）在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派技术人员赴现场提供维修服务解决问题。如不能按采购人要求的时间完成维修，投标人应保证免费提供同类备用设备供采购人使用。

其他要求：（1）投标人需要提供投标产品技术支持资料(或证明材料)。技术支持资料指生产厂家公开发布的资料或国家认可的检验报告，若生产厂家公开发布的资料或国家认可的检验报告不一致，以国家认可的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料(或证明材料)不一致，将以技术支持资料(或证明材料为准)。（2）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。（3）工作条件:除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件:仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。如果仪器设备需特殊的工作条件(如:水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等)，投标人应在有关投标文件中加以说明。（4）培训要求:培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包(品目)最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准）。

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	动脉硬化检测仪	套	1.00	144,000.00	144,000.00	否	工业	详见附表一
2		其他医疗设备	一氧化氮检测仪	套	1.00	40,000.00	40,000.00	否	工业	详见附表二

附表一：动脉硬化检测仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>一、检测参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.PWV(脉搏波传导速度); 2.ABI(踝臂指数); 3.ASI (动脉硬化指数) ; 4.C1 (大动脉顺应性指数) ; 5.C2 (小动脉顺应性指数) ; 6.SV(每搏心输出量); 7.CO(每分心输出量); 8.ET(左心室收缩时间); 9.SVR(外周阻力); 10.HR(心率); 11.BMI (体重指数) ; 12.SBP (四肢收缩压); 13.DBP (四肢舒张压); 14.MAP (四肢平均压); 15.PP (四肢脉压); <p>二、技术要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.检测方法: 同一心动周期内, 四肢同步或四肢异步无创检测, 获取PWV、ABI、ASI、C1、C2五项动脉硬化参数, 综合反应动脉硬化程度; 2.工作环境: 环境温度: 温度: 10°C~40°C相对湿度: 30%~75%大气压力范围: 700hpa~1060hpa; 3.电源部分: AC220V/50Hz (接地), 输入功率: 150VA; 4.安全类别: 带BF型应用部分的I类设备; 5.加压方法:气泵自动加压; 6.放气方法:自动减压排气, 断电后, 自动放气; 7.系统维护功能: 用户可进行账号、密码、报告样式管理以及气路静态气密性检测; 8.专用袖带: 4只专用袖带同步或异步进行信号采集; 9.操控部分: 采用工控机(工业计算机)为仪器工作站, 触屏加无线键鼠操作; 10.显示部分: 触摸屏彩色液晶显示器; 11.存储功能: 可存储2万人的检测数据; 12.软件部分: 拥有《计算机软件著作权登记证书》,全中文界面; 13.数据共享功能: 支持检测数据开放共享; 14.打印功能: A4打印报告, 系统根据检测结果自动综合评估动脉硬化及硬化程度, 给出临床参考综合建议; 15.查询功能: 五种查询方式(姓名、ID、最近检测、日期、流水号)进行查询; 16.检测时间: ≤3分钟;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二: 一氧化氮检测仪 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.测定参数:</p> <p>1.1测量方式组成: 在线呼气;</p> <p>1.2在线一氧化氮测定参数: FeNO、CaNO;</p> <p>2. 测定范围: 1~3500ppb;</p> <p>3.示值误差</p> <p>当测量值<100ppb时, 示值误差$\leq\pm 5$ppb;</p> <p>当测量值≥ 100ppb时, 示值误差$\leq\pm 5\%$;</p> <p>4.测量结果重复性$\leq 5\%$;</p> <p>5.呼气流速: 50ml/s$\pm 10\%$、200ml/s$\pm 10\%$;</p> <p>9. 呼出时间: ≤ 15秒(成人模式); ≤ 10秒(儿童模式);</p> <p>10.检测时间: ≤ 60秒;</p> <p>11.自动恒定呼气流量: 设备内置恒流控制系统, 在0.8-3kPa任意变化的呼气压力下, 均可保证患者呼出流量保持稳定在50ml/s$\pm 10\%$或200ml/s$\pm 10\%$, 患者无需刻意控制;</p> <p>12.NO过滤功能: 系统具备过滤外源性一氧化氮装置, 在环境NO浓度不高于2000ppb时均能实现有效过滤;</p> <p>13.质量控制功能: 当测定过程中呼吸过弱或过强(流速控制)、吸气超时、呼气超时等错操作时, 系统主机可自动停止测定并提示错误信息;</p> <p>14.物理按键: 具有电源, 训练, 主页及设置按键, 操作便捷, 一键操作即可实现熄/亮屏, 进入训练模式, 返回主页及进入设置界面的功能;</p> <p>15.训练模式: 患者可通过训练模式进行吹气训练;</p> <p>16.智能温湿度控制: 设备内部具有自动温湿度调节机制, 可保证在5-40$^{\circ}$C, 20-80%RH环境下, 设备测量结果的准确及稳定性;</p> <p>17.防冷凝设计: 设备内部具有防冷凝设计, 在连续使用过程中不会出现凝水导致的设备异常现象;</p> <p>18.内置操作系统;</p> <p>19.内置操作系统支持创建、录入并编辑患者姓名、性别、年龄, 基本情况及检查报告所需信息。支持提供患者管理与历史记录查看功能;</p> <p>20.显示屏≥ 9.1英寸彩色液晶显示器, 电容器触摸操作;</p> <p>21.4G/WIFI网络连接: 内置4G/WIFI网络模块;</p> <p>22.打印功能:</p> <p>22.1内置热敏打印机: 支持本机打印;</p> <p>22.2后台系统打印: 数据自动同步, 无需线缆连接, 电脑端可直接打印检测结果报告;</p> <p>22.3外接打印机打印: 通过扩展USB接口连接打印机, 设备即可直接打印检测结果报告;</p> <p>23.电源:</p> <p>23.1内部电源: 内置高性能锂电池, 在断电情况下可连续工作≥ 3小时;</p> <p>23.2适配器供电: 适配器供电, 即插即用;</p> <p>24.提手便携: 设备包含便携式提手;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包3(眼科裂隙灯显微镜检查仪、光学相干断层扫描仪、验光仪)

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后15个日历日内交货
---------	----------------

标的提供的地点	锡林郭勒盟蒙医医院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
付款方式	<p>1期：支付比例90%，货到安装验收合格，且中标人开具增值税全额发票后，支付合同金额的90%。</p> <p>2期：支付比例10%，一年内付清余款。</p>
验收要求	<p>1期：1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。2.货物运抵采购项目(标的)交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作设备验收单并签署验收意见。3.装机验收时，需对所有投设备功能及参数进行逐一验证，如有不符予以退机，并报财政监管部门处理。</p>
履约保证金	不收取
其他	<p>售后服务要求：（1）投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务(维修站)的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务(维修站)的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。（2）投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费给采购人。（3）投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。（4）投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。（5）投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（6）在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。</p> <p>质量保修范围和保修期：（1）质保期：≥1年；（2）投标人应负责投标货物保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应保证维修时所</p>

需的关键配件的供应。（3）投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（涉及的设备须提供，不涉及的设备不用提供）（4）在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派技术人员赴现场提供维修服务解决问题。如不能按采购人要求的时间完成维修，投标人应保证免费提供同类备用设备供采购人使用。

其他要求：（1）投标人需要提供投标产品技术支持资料(或证明材料)。技术支持资料指生产厂家公开发布的资料或国家认可的检验报告，若生产厂家公开发布的资料或国家认可的检验报告不一致，以国家认可的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料(或证明材料)不一致，将以技术支持资料(或证明材料为准)。（2）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。（3）工作条件:除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件:仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。如果仪器设备需特殊的工作条件(如:水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等)，投标人应在有关投标文件中加以说明。（4）培训要求:培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包(品目)最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准）。

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	眼科裂隙灯显微镜	套	1.00	300,000.00	300,000.00	否	工业	详见附表一
2		其他医疗设备	光学相干断层扫描仪	套	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	否	工业	详见附表二
3		其他医疗设备	验光仪	套	1.00	150,000.00	150,000.00	否	工业	详见附表三

附表一：眼科裂隙灯显微镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.显微镜类型及倍率：上光源平行夹角式（伽利略型）；目镜：12.5X，显微镜总倍率：6X/10X/16X/25X/40X；</p> <p>2.改变倍率形式：转鼓式；</p> <p>3.屈光度调节：-7D~+7D；</p> <p>4.裂隙调光：无级调光；</p> <p>5.裂隙高度（mm）：0~14连续可调；</p> <p>6.裂隙宽度（mm）：1~14连续可调；</p> <p>7.裂隙角度：0°~180°可旋转；</p> <p>8.裂隙倾角：5°、10°、15°、20°；</p> <p>9.光斑直径：φ0.2~φ14（mm）；</p> <p>10.滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片；</p> <p>11.照明光源：LED；</p> <p>12.红外光照明系统：照明系统内置，波长810nm；</p> <p>13.数码图像采集方式：外接单反相机方式；</p> <p>14.相机像素：≥2400万；</p> <p>15.配置角膜同步闪光照相装置；</p> <p>16.插杆式干眼检查装置（无外置电源线连接）；</p> <p>17.Placido盘：16~34环；</p> <p>18.干眼项目：非侵入式泪河高度测量（红外光，可见光两种模式），非侵入泪膜破裂时间测量（红外光，可见光两种模式），脂质层形态分析，睑板腺照相，睑缘照相，眼红分析需在注册证或设备检验报告上体现（附注册证或检验报告）；</p> <p>19.眼前节检查：可对干眼并发症与眼前节作全面检查，具备图像、视频模式；</p> <p>20.可对眼前节检查照片和干眼检查项目以图文报告单形式打印输出；</p>
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：光学相干断层扫描仪 是否允许进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
	<p>1.OCT成像技术：光学相干断层成像技术；</p> <p>2.OCT光源波长≤1050nm；</p> <p>3.OCT扫描速度≥100,000 A-scans/s；</p> <p>4.OCT轴向光学分辨率≤3.8um；</p> <p>5.OCT轴向数字分辨率≤2.0μm；</p> <p>6.OCT前节成像深度≥12.2mm，OCT后节成像深度≥9mm；</p> <p>7.OCT成像范围：线扫描范围≥16mm，三维成像范围≥15mmx12mm；</p> <p>8.内置前节镜头，前节及后节扫描模式之间可通过软件切换，无需手动更换镜头；</p> <p>9.眼底成像范围≥40*40°；</p> <p>10.单次血流成像范围≥15mmx12mm；</p> <p>11.具备血流拼图功能，自动拼接≥5张血流图像；</p> <p>12.血流成像拼图范围≥23.5mm x 17.5mm；</p> <p>13.血流成像分辨率≤5.8μm/pixel；</p> <p>14.具备实时眼动追踪功能，追踪速度≥60帧/秒；</p>

- 15.屈光补偿范围：-20D~+20D，附加镜-33D~+48D；
- 16.最小瞳孔要求≤2mm；
- 17.固视灯：可调节内固视灯及外固视灯；
- 18.具备基于深度学习的人工智能分层，分层调整可自动扩展范围；
- 19.血流成像分层包含基础分层：浅层血管复合体、深层血管复合体、视网膜无血管层、脉络膜毛细血管层、脉络膜层，扩展分层：玻璃体层、放射状毛细血管网、浅层血管网、中层毛细血管网、深层毛细血管网；
- 20.可增加全局用户自定义分层，每次打开数据直接显示用户自定义分层的OCTA enface分析；
- 21.具备全层去伪影功能，在OCTA及断层图像上的血流信号均可去除血流伪影；
- 22.血流成像量化功能：血流密度、灌注面积、无灌注面积、FAZ大小、周长、近似圆指数等参数组合,量化数值可直接导出成表格；
- 23.血流密度测量可选择排除大血管；
- 24.具备对三维数据的视网膜、脉络膜、神经纤维等厚度分析，并能自动量化厚度值及导出数值表格；
- 25.动态C-scan显示，C-scan平面可根据组织结构自适应变化；
- 26.视盘三维扫描，神经纤维层厚度分析可调整ONH中心位置；
- 27.自动量化杯盘比、神经纤维厚度、视杯视盘面积、盘沿面积等组合参数；
- 28.具备神经纤维厚度正常值对比分析功能；
- 29.可对视网膜脱离进行分析，自动量化PED的大小及体积；
- 30.可对视网膜下积液自动识别并计算面积体积；
- 31.可对脉络膜大中血管进行自动识别并计算血管体积及血管指数；
- 32.三维眼前节成像，角膜到晶体后表面一次成像，可显示双侧房角及全景前房；
- 33.具备小梁虹膜空间面积、房角开放距离、小梁虹膜夹角、房角隐窝面积等自动测量功能；
- 34.具备ICL拱高自动测量功能；
- 35.具备泪河高度测量功能；
- 36.具备角膜瓣厚度测量功能；
- 37.具备角膜上皮层自动分割及厚度量化功能；
- 38.具备角膜地形图及屈光力四联图、圆锥角膜分析功能；
- 39.扫描模式：眼底：单线扫描、多线扫描、星形扫描、黄斑及视盘3D成像及血流成像扫描；前节：前节线扫描、前节星形扫描、前节3D扫描、前节血流成像扫描；精确随访：黄斑、青光眼随访扫描；
- 40.扫描模式调节：长度、间距、位置、角度均可调节；
- 41.可自定义量化图形，并导出量化数据表格；
- 42.具备一键全自动对准功能，包含瞳孔自动居中、工作距离自动调节、OCT图像自动居中及对焦、OCT信号自动调节至最强信号等；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表三：验光仪	是否允许进口：否
参数性质	序号 具体技术(参数)要求

1	<p>1、电脑验光测量范围：</p> <p>1.1球镜：-30.00~+25.00D（VD=12mm）（0.01D/0.12D/0.25D增量）；</p> <p>1.2柱镜：0.00D-±12.00D（0.01D/0.12D/0.25D增量）；</p> <p>1.3轴位：0°-180°（1°/5°增量）；</p> <p>2、测量精确度：0.01D/0.12D/0.25D增量；</p> <p>3、最小可测量瞳孔直径：Φ2mm；</p> <p>4、角膜曲率测量范围：</p> <p>4.1、曲率半径：5.00-13.00mm；</p> <p>4.2、屈折力：25.96~67.50D（n=1.3375）；</p> <p>4.3、柱镜：0.00D-±12.00D；</p> <p>4.4、轴位：0°-180°（1°/5°增量）</p> <p>从中心点每25°（上侧、下侧、耳侧、鼻侧）；</p> <p>5、PD测量范围：</p> <p>5.1远用：30mm-80mm（1mm增量）（1mm增量）；</p> <p>5.2近用：28mm-80mm（1mm增量）（1mm增量），近用距离：40cm；</p> <p>6、角膜大小测量范围：10mm~14mm（0.1mm增量）；</p> <p>7、瞳孔大小测量范围：1.0mm~10.0mm（0.1mm增量）；</p> <p>8、眼球自动追踪：X-Y-Z方向自动追踪；</p> <p>9、显示：≥5.5英寸可倾斜式彩色LED液晶屏；</p> <p>10、打印机：带自动切纸功能的行式热敏打印机；</p> <p>11、接口：RS-232C,LAN,USB,EyeCare系统；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1. 评标方法

包1（听力计及测听室、耳鼻喉综合治疗台、内窥镜摄像系统、）：综合评分法

包2（一氧化氮检测仪、动脉硬化检测仪、）：综合评分法

包3（眼科裂隙灯显微镜检查仪、光学相干断层扫描仪、验光仪）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的

情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中

小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（听力计及测听室、耳鼻喉综合治疗台、内窥镜摄像系统、）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（一氧化氮检测仪、动脉硬化检测仪、）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包3（眼科裂隙灯显微镜检查仪、光学相干断层扫描仪、验光仪）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5 投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1. 符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

听力计及测听室、耳鼻喉综合治疗台、内窥镜摄像系统、

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	本项目不接受联合体投标。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

一氧化碳检测仪、动脉硬化检测仪、

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	本项目不接受联合体投标。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

眼科裂隙灯显微镜检查仪、光学相干断层扫描仪、验光仪

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	本项目不接受联合体投标。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

听力计及测听室、耳鼻喉综合治疗台、内窥镜摄像系统、

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 53.0分 商务部分 17.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	文件内容完整性和编制水平 (5.0分)	投标文件是否最大限度地、实质性地响应了招标文件中有关要求优秀:3.1-5分, 良好:1.1-3分, 差或不提供:0-1分。
	技术参数 (25.0分)	完全满足招标文件技术参数要求的得25分。设备的技术参数和其它重要性指标的满足程度, 有一项负偏离的扣1分, 如参数响应中负偏离参数大于10项, 此评分项不得分。本项最多得25分。【注意: 1.技术参数需提供相关证明材料, 如产品检测报告、合格证书、功能示意图、技术手册、说明书、宣传彩页等, 外文资料须配有中文翻译, 否则不予得分; 2.请各投标人标注佐证材料相对应的具体位置或页码, 以便进一步提高评审质效。】
	投标产品质量、性能状况 (7.0分)	投标产品整体质量、性能状况, 标准, 根据投标产品的整体稳定性、功能性与技术水平、一致性进行综合评价, 评价为优得4.1-7分, 评价为良得2.1-4分, 评价为差得0-2分。
	供货安装调试计划 (6.0分)	供货安装调试计划详尽全面合理, 能提供及时技术支持、技术指导的得4.1-6分;供货安装调试计划较合理的得2.1-4分, 供货安装调试计划一般的得0-2分。
	服务维护方案 (5.0分)	根据投标人提供的维护方案及预防保养的监测, 维护, 服务, 管理, 是否能承担起设备的维护服务工作, 以保障设备的长期, 可靠, 有效运行保证措施和承诺等进行综合评比。评价为优得3.1-5分, 评价为良得1.1-3分, 评价为差得0-1分。
	培训方案 (5.0分)	投标人需就本次投标产品对用户供详尽的、明确的使用, 维护技术培训, 同时提供本次乃至后续的培训方案, 优秀:3.1-5分, 良好:1.1-3分, 差或不提供:0-1分。
商务部分	体系认证证书 (6.0分)	投标人获得有效的且在有效期内的管理体系认证(质量管理体系认证, 环境管理体系认证, 职业健康安全管理体系认证), 每有一项得2分, 本项最多得6分。
	投标企业业绩 (10.0分)	真实反映投标人近年 (2020年1月1日--至今)具有同类或其它医疗设备采购业绩的中标通知书或合同, 每有一项得2分, 本项最多得10分。
	售后服务 (1.0分)	投标企业提供的售后服务方案, 包括服务细则、服务体系、质保期延长等, 本项最多得1分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

一氧化氮检测仪、动脉硬化检测仪、

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	技术部分 53.0分 商务部分 17.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	文件内容完整性和编制水平 (5.0分)	投标文件是否最大限度地、实质性地响应了招标文件中有关要求优秀: 3.1-5分 ，良好: 1.1-3分 ，差或不提供: 0-1分 。
	技术参数 (20.0分)	完全满足招标文件技术参数要求的得 20分 。设备的技术参数和其它重要性指标的满足程度，有一项负偏离的扣 2分 ，如参数响应中负偏离参数大于 10项 ，此评分项不得分。本项最多得 20分 。【注意： 1.技术参数需提供相关证明材料，如产品检测报告、合格证书、功能示意图、技术手册、说明书、宣传彩页等，外文资料须配有中文翻译，否则不予得分；2.请各投标人标注佐证材料相对应的具体位置或页码，以便进一步提高评审质效。 】
	投标产品质量、性能状况 (10.0分)	投标产品整体质量、性能状况，标准，根据投标产品的整体稳定性、功能性与技术水平、一致性进行综合评价，评价为优得 6.1-10分 ，评价为良得 3.1-6分 ，评价为差得 0-3分 。
	供货安装调试计划 (6.0分)	供货安装调试计划详尽全面合理，能提供及时技术支持、技术指导的得 4.1-6分 ；供货安装调试计划较合理的得 2.1-4分 ，供货安装调试计划一般的得 0-2分 。
	服务维护方案 (6.0分)	根据投标人提供的维护方案及预防保养的监测，维护，服务，管理，是否能承担起设备的维护服务工作，以保障设备的长期，可靠，有效运行保障措施和承诺等进行综合评比。评价为优得 4.1-6分 ，评价为良得 2.1-4分 ，评价为差得 0-2分 。
	培训方案 (6.0分)	投标人需就本次投标产品对用户提供的详尽的、明确的使用，维护技术培训，同时提供本次乃至后续的培训方案，优秀: 4.1-6分 ，良好: 2.1-4分 ，差或不提供: 0-2分 。
商务部分	体系认证证书 (6.0分)	投标人获得有效的且在有效期内的管理体系认证(质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证)，每有一项得 2分 ，本项最多得 6分 。
	投标企业业绩 (10.0分)	真实反映投标人近年 (2020年1月1日--至今)具有同类或其它医疗设备采购业绩的中标通知书或合同，每有一项得 2分 ，本项最多得 10分 。
	售后服务 (1.0分)	投标企业提供的售后服务方案，包括服务细则、服务体系、质保期延长等，本项最多得 1分 。
投标报价	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	

眼科裂隙灯显微镜检查仪、光学相干断层扫描仪、验光仪

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	技术部分 53.0分 商务部分 17.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	文件内容完整性和编制水平 (5.0分)	投标文件是否最大限度地、实质性地响应了招标文件中有关要求优秀: 3.1-5分 ，良好: 1.1-3分 ，差或不提供: 0-1分 。
	技术参数 (25.0分)	完全满足招标文件技术参数要求的得 25分 。设备的技术参数和其它重要性指标的满足程度，有一项负偏离的扣 1分 ，如参数响应中负偏离参数大于 10项 ，此评分项不得分。本项最多得 25分 。【注意： 1.技术参数需提供相关证明材料，如产品检测报告、合格证书、功能示意图、技术手册、说明书、宣传彩页等，外文资料须配有中文翻译，否则不予得分；2.请各投标人标注佐证材料相对应的具体位置或页码，以便进一步提高评审质效。 】
	投标产品质量、性能状况 (7.0分)	投标产品整体质量、性能状况，标准，根据投标产品的整体稳定性、功能性与技术水平、一致性进行综合评价，评价为优得 4.1-7分 ，评价为良得 2.1-4分 ，评价为差得 0-2分 。
	供货安装调试计划 (6.0分)	供货安装调试计划详尽全面合理的得 4.1-6分 ；供货安装调试计划较合理的得 2.1-4分 ，供货安装调试计划一般的得 0-2分 。
	服务维护方案 (5.0分)	根据投标人提供的维护方案及预防保养的监测，维护，服务，管理，是否能承担起设备的维护服务工作，以保障设备的长期，可靠，有效运行保证措施和承诺等进行综合评比。评价为优得 3.1-5分 ，评价为良得 1.1-3分 ，评价为差得 0-1分 。
	培训方案 (5.0分)	投标人需就本次投标产品对用户提供的详尽的、明确的使用，维护技术培训，同时提供本次乃至后续的培训方案，优秀: 3.1-5分 ，良好: 1.1-3分 ，差或不提供: 0-1分 。
商务部分	体系认证证书 (6.0分)	投标人获得有效的且在有效期内的管理体系认证(质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证)，每有一项得 2分 ，本项最多得 6分 。
	投标企业业绩 (10.0分)	真实反映投标人近年 (2020年1月1日--至今)具有同类或其它医疗设备采购业绩的中标通知书或合同，每有一项得 2分 ，本项最多得 10分 。
	售后服务 (1.0分)	投标企业提供的售后服务方案，包括服务细则、服务体系、质保期延长等，本项最多得 1分 。
投标报价	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	

最低评标价法：无。

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表
（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人，现委托_____ (姓名) 为我方代理人，参加_____ (项目名称) 的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章)：_____

法定代表人(签字)：_____

授权委托人(签字)：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
		★				
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。