

# 阿拉善盟瑞桥工程咨询有限公司

## 竞争性谈判文件

国产检测设备采购(三次)

项目名称：阿拉善盟疾病预防控制中心采购职业卫生监测、鼠疫疫情

项目编号：AMZCS-J-H-220016-2

2022年09月

## 第一章 谈判邀请

阿拉善盟瑞桥工程咨询有限公司受阿拉善盟疾病预防控制中心委托，采用竞争性谈判方式组织采购职业卫生监测、鼠疫疫情国产检测设备采购(三次)项目。欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：职业卫生监测、鼠疫疫情国产检测设备采购(三次)

批准文件编号：阿财购备字（电子）[2022]02855号

采购文件编号：AMZCS-J-H-220016-2

#### 2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	技术规格、参数及要求	预算金额（元）
1	鼠疫疫情国产检测设备	详见谈判文件	679,300.00

### 二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（鼠疫疫情国产检测设备）：无

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取谈判文件的期限：详见谈判公告；

获取谈判文件的地点：详见谈判公告；

获取谈判文件的方式：供应商可从内蒙古自治区政府采购网查阅采购信息、预览谈判文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取谈判文件。

### 其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照谈判文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

### 四.采购文件售价

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

### 五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见谈判公告

投标地点：详见谈判公告

开标时间：详见谈判公告

开标地点：详见谈判公告

### 六.联系方式

采购代理机构名称：阿拉善盟瑞桥工程咨询有限公司

地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇吉兰泰西路北侧商服楼5楼

邮政编码：750300

联系人：胡文静

联系电话：13948010099

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见供应商须知

账号：详见供应商须知

采购单位名称：阿拉善盟疾病预防控制中心

地址：阿拉善左旗巴彦浩特镇巴丹吉林路与东环路交界处

邮政编码：

联系人：焦红岩

联系电话：13948029986

阿拉善盟瑞桥工程咨询有限公司

## 第二章 供应商须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	竞争性谈判
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标办法	最低评标价法
6	获取谈判文件时间 (同谈判文件提供期限)	详见谈判公告
7	保证金缴纳截止时间 (同递交响应文件截止时间)	详见谈判公告
8	电子响应文件递交	电子响应文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份(需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”) (2) 非加密的电子投标文件U盘(或光盘)0份(开标现场递交) (3) 纸质投标文件正本0份, 副本0份, 副本可以是正本签字盖章后的复印件(开标现场递交)。
10	成交人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标(成交)人。
11	备选方案	不允许
12	联合体投标	包1: 不接受

13	采购机构代理费用	收取
14	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
15	投标保证金	<p>本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请供应商按照本谈判文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。</p> <p>同时，本项目允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，供应商应当在响应文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。</p> <p>备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>鼠疫疫情国产检测设备：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。</p> <p>开户银行：供应商在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取谈判文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据供应商选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。</li> <li>2、供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（采购编号：***、合同包：***）的投标保证金”。</li> </ol>

16	电子招投标	<p>各供应商应当在投标截止时间前上传加密的电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”，未在投标截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃投标。供应商因系统或网络问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。</p> <p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许供应商导入非加密电子响应文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子响应文件进行评审。</p> <p>2. 电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台的最终版指定格式电子响应文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供应商请自行留存。</p> <p>4. 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本采购公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时供应商应当使用 CA 锁在开始解密后30分钟内完成响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各供应商在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA锁的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照谈判文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 供应商未按谈判文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的响应文件；</p> <p>（4） 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子响应文件解密。</p> <p>8. 本项目采用远程谈判的方式进行谈判，供应商的法定代表人或其授权代表应当按照谈判小组确定的时间和顺序进行谈判。谈判小组或工作人员按照供应商所登记的联系人和联系电话通知谈判时间或谈判的有关事项，若无法取得联系或未在规定时间内进行应答或报价的，将视为其自动放弃，按无效投标处理。（请各供应商在参加谈判和报价以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正式使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））</p>
17	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。</p>
18	投标客户端	<p>投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>

19	是否专门面向中小企业采购	采购包1: 非专门面向中小企业
20	有效供应商家数	包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
21	报价形式	合同包1 (鼠疫疫情国产检测设备): 总价
22	项目兼投兼中规则	兼投不兼中: 本项目兼投不兼中, 每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审, 依次按照评标总得分由高到低的顺序, 每组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的, 将不具有子包二的候选人推荐资格; 子包二从具有中标候选人资格的投标人中, 排名最高的投标供应商为第一中标候选人, 排名次高的投标供应商为第二中标候选人, 以此类推。
23	现场踏勘	否
24	其他	

## 二. 投标须知

### 1. 投标方式

1.1 投标方式采用网上投标, 流程如下:

供应商须在内蒙古自治区政府采购网 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 供应商库填写相关信息后方可进行网上投标操作。所需资料及办理流程请登录“内蒙古自治区政府采购网”进行查询。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 页面, 点击“政府采购云平台”, 输入登录“账号”、“密码”、“验证码”; 登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面, 点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目, 点击“获取采购文件”按钮进入获取采购文件页面, 要进行投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 获取所投项目谈判文件, 并按照本谈判文件的要求制作、上传电子响应文件。

同时, 满足本谈判文件关于投标的其他要求后, 方可完成投标。

1.2 缴纳投标保证金 (如有)。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的, 每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号, 称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后, 应通过应标管理-已投标的项目, 选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 通过转账至上述账号中, 付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的, 每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

### 2. 特别提示:

2.1 由于投标保证金到账需要一定时间, 请供应商在投标截止前及早缴纳。

## 三. 说明

### 1. 总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容 (包括变更、补充、澄清以及修改等, 且均为谈判文件的组成部分), 按照谈判文件要求以及格式编制响应文件, 并保证其真实性, 否则一切后果自负。

本次公开采购项目, 是以谈判公告的方式邀请非特定的供应商参加投标。

### 2. 适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所涉及的项目和内容。

### 3. 投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次采购项目活动组织方。本谈判文件的采购代理机构特指阿拉善盟瑞桥工程咨询有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“谈判小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5“成交人”是指经谈判小组评审确定的对谈判文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

#### 5.合格的供应商

5.1符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘

8.1谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人按谈判文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据，不构成对谈判文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

#### 9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

#### 四.谈判文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构需对谈判文件作实质性变动的，应当在规定的截止时间前3个工作日以公告形式告知所有参加谈判的供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布澄清或者变更公告。澄清或者变更公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

#### 五.响应文件

##### 1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

##### 2.投标报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

##### 3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于谈判文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

## 4.投标保证金

### 4.1投标保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和谈判文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

### 4.2投标保证金的退还：

(1) 供应商在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未成交人投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 成交人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

### 4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 成交后，无正当理由放弃中标资格；

(2) 成交后，无正当理由不与谈判人签订合同；

(3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；

(4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金；

(5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

(6) 要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容；

(7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

## 5.响应文件的修改和撤回

供应商在提交投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

在提交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

## 6.响应文件的递交

在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点或模式进行投标的概不负责。

## 7.样品（演示）

7.1谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，成交人与采购人共同清点、检查和密封样品，由成交人送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

## 六.开标、评审、结果公告、成交通知书发放

### 1.开标程序

#### 1.1主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 宣布开标会议相关人员姓名；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称；

(4) 开标结束，响应文件移交谈判小组。

#### 1.2开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

#### 1.3备注说明：

1.3.1若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

1.3.2若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.3.3供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

### 2.评审（详见第六章）

### 3.结果公告

成交人确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

### 4.成交通知书发放

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

## 七. 询问、质疑与投诉

### 1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 2. 质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

注：对谈判文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的采购文件的证明材料（在供应商系统中自行截图）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，质疑提取日期以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注之日起计算。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

### 3. 投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 第三章 合同与验收

#### 一.合同要求

##### 1.一般要求

1.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本谈判文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

#### 二.验收

成交人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照谈判文件、响应文件及合同约定填写验收单。

#### 政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：\*\*\*（填写成交供应商）

地址（详细地址）：

合同号：（填写签订合同一次性告知书中合同号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

##### 一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、成交结果公告及成交通知书
- 3、谈判文件
- 4、响应文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

##### 三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

##### 四、付款方式及时间

\*\*\*（见磋商文件第四章）

##### 五、交货安装

交货时间：

交货地点：

##### 六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

##### 七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

##### 八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

##### 九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

##### 十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

(一) 乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容：（响应文件售后承诺等）

十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(一) 提交 仲裁委员会仲裁。

(二) 向 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： (章)

采购方法人代表： (签字)

开户银行：

帐号：

联系电话：

乙方： (章)

供应商法人代表： (签字)

开户银行：

帐号：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术参数需与响应文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

#### 第四章 谈判内容与技术要求

##### 一. 项目概况：

1包:职业卫生国产仪器设备；（具体参数详见采购文件）。

2包：鼠疫疫情国产检测设备；（具体参数详见采购文件）。

合同包1（鼠疫疫情国产检测设备）

##### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历天内交货
标的提供的地点	按采购人要求送至阿左旗境内指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例90%，货到调试安装完成、验收合格后，按合同总价的90%支付 2期：支付比例10%，设备运行一年后，无质量问题按合同总价的10%支付
验收要求	1期：符合国家相关质量验收标准
履约保证金	不收取
其他	<p><b>质保期及售后服务要求：</b>1.设备一年质保，一年免费上门服务； 2.中标人须免费提供以上设备的安装、调试和使用培训等。</p> <p><b>其他：</b>1.商务评分说明：响应文件所提供的资质证明等证明材料必须为有效材料且要求提供清晰可辨的证明文件扫描件，否则不予认可。 2.纸质响应文件要求：开标时不要求提供纸质响应文件，待中标后由中标单位提供上传至内蒙古自治区政府采购云平台电子版响应文件的复印件3份。 3.代理费收取标准：代理服务费用根据《内蒙古自治区建设工程采购代理服务收费指导意见（试行）》（内工建协〔2016〕17号文件规定标准收取，由中标（成交）人向采购代理机构交纳采购代理服务费，费用按中标金额计算。 4.最终报价电子版采购清单要求：待中标后由中标（成交）人另提供最终报价的电子已标价设备采购清单一份。</p> <p><b>2包鼠疫疫情国产检测设备采购清单及技术参数：</b>请在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、阿拉善公共资源交易网、中国政府采购网下载2包鼠疫疫情国产检测设备采购清单及技术参数。</p> <p><b>最终报价要求：</b>供应商未做二轮报价的，默认第一轮报价</p>

##### 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	鼠疫疫情国产检测设备	批	1.00	679,300.00	679,300.00	否	其他未列明行业	详见附表一

附表一：鼠疫疫情国产检测设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1、详见附件：2包鼠疫疫情国产检测设备参数清单要求。</p> <p>注：1. 2包鼠疫疫情国产检测设备参数清单技术参数为最低技术指标，负偏离将视为无效标。</p> <p>2.所有硬件质保按国家有关规定执行，质保期如国家规定不满一年按一年质保服务,采购文件另行规定的按采购文件执行。</p> <p>3.成交方须免费提供以上设备的安装、调试和使用培训等。</p> <p>4.清单中所有产品标“★”的技术参数为重要技术参数，有负偏离的属未实质性响应，作无效标处理。</p>
2	<p>1、 多功能粉碎机 1台</p> <p>容量：2500g</p> <p>额定功率：550W</p> <p>负载功率：4500W</p> <p>机身材质:不锈钢</p> <p>转速:35000转/分钟</p> <p>额定电压：220V</p> <p>工作时间：5min</p> <p>粉碎细度：50-300目</p> <p>外型尺寸：390×210×160mm</p> <p>电机类型：铜线电机</p> <p>常用备件：</p> <p>三层不锈钢立体刀片 5个</p> <p>网筛 5个</p> <p>毛刷 5个</p> <p>底刀 5个</p> <p>刀头 5个</p> <p>长刀片 5个</p> <p>机身可实现摇摆式粉碎，卡口盖设计，可定时开关</p>

	<p><b>2、破壁机 4台</b></p> <p>刀头类型：锯齿刀</p> <p>搅拌功率：1200W</p> <p>产品尺寸（mm）：268*190*497</p> <p><b>3</b></p> <p>加热功率：1800W</p> <p>额定电压：220V</p> <p>功能：碎肉，碎冰，干磨，搅拌，打蛋，制奶昔，混合，绞肉</p> <p>配件：量杯 1 件，搅拌杯盖 1 件，滤网 1 件，搅拌杯 1 件，搅拌刀座 1 件，主体 1 件，控制按钮 1 件，调理杯 1 件，干磨/绞肉杯 1 件，干磨刀座 1 件，绞肉刀座 1 件</p>
	<p><b>3、氮吹仪 1台</b></p> <p>样品位数：24位</p> <p>加热方式：恒温水浴</p> <p><b>温度范围：室温+5~99℃（液晶显示）</b></p> <p><b>温度调节精度：±0.1℃</b></p> <p><b>控温精度：±0.3℃</b></p> <p><b>定时范围：0~99h59m/常开，倒计时显示</b></p> <p>使用试管范围：10~29mm</p> <p><b>气体流量：0~20 L/Min</b></p> <p>气体输入范围：30~150 psig</p> <p>气体输出范围：0~30 psig</p> <p>气体消耗量：330ml/min/样品（可调节）</p> <p><b>最大功率：800W</b></p> <p>材质：不锈钢内胆</p> <p><b>4</b></p> <p><b>内尺寸（内径×深）：φ360x170mm</b></p> <p><b>仪器尺寸（L×W×H）：425x400x820mm</b></p> <p>提供多种型号：24位外形紧凑，占用最少空间</p> <p>圆周型样品支架可旋转，操作者可从正面拿取样品，操作方便</p> <p>底部装有环型弹簧支撑装置，可方便升降样品支架</p> <p>可容纳样品试管尺寸范围为直径10~29mm、内装液体体积1~50ml</p> <p>适用于试管、锥形瓶、离心管等，每个样品位都有数字编号</p> <p>自由升降的针型阀管，每个位置上都有一个针形阀，可分别调节各个位置上的气体流量</p> <p>使用氮气或空气吹扫样品表面</p> <p>氮气消耗量低，330ml/min/样品</p> <p>带针阀的气体流量计，可控制和观察气体消耗量<b>导气针：不锈钢，长度为120mm</b></p> <p><b>圆形恒温水浴提供温和加热，液晶显示超长定时功能（0~99h59m/常开），倒计时显示，蜂鸣器提示时间到。</b></p> <p>。所有部件可耐有机溶剂采用无色无味透明进口硅胶管、不锈钢材料</p> <p>在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风橱中</p> <p>*提供检验报告证明及产品彩页（附于投标文件中）</p>

	<p>4、水浴摇床 1台</p> <p>功 能:回旋、往复双功能</p> <p>控温范围:室温~100℃</p> <p>温控精度:±0.5℃</p> <p>装 瓶 量三角烧瓶250ml×12</p> <p>5 转速振幅:起动 0-300r/min</p> <p>振荡幅度:20 mm</p> <p>定时范围:0-120min (或常开)</p> <p>整机功率:加热1800W 振荡100W</p> <p>配置: 万能弹簧试瓶架</p> <p>工作尺寸:490×390×170mm</p> <p>外形尺寸:700×550×490mm</p>
	<p>5、流动相过滤装置 1台</p> <p>主要特点:</p> <p>6 1、优质玻璃材料,玻璃光洁透明,无气泡,壁厚均匀。</p> <p>2、采用特硬优质玻璃材料,耐压性好,可进行121℃热压消毒灭菌。</p> <p>3、PTFE型溶剂过滤器耐酸碱,耐腐蚀,可过滤各种水溶液,有机溶液和腐蚀性液体。</p> <p>4、本品流量快、磨口标准、密封性能好。</p> <p>5、尺寸规格符合标准,可使用Φ47mm、Φ50mm直径微孔滤膜。</p>

7	<p><b>6、赶酸仪 1台</b></p> <p>★消解池孔径：Ø31*深50（可按客户需求定制尺寸）</p> <p>位数：36位</p> <p>加热材料采用高纯石墨喷涂特氟龙防腐层；</p> <p>★面板采用白色全特氟龙材料；耐腐，隔热，避免烫伤；</p> <p>★机箱采用不锈钢304+特氟龙喷涂，耐腐蚀性好</p> <p>电源：AC220V±10% 50HZ；</p> <p>控温精度：±0.1℃；</p> <p>温控范围：0~240℃；</p> <p>▲功率：3.2Kw；</p> <p>▲控制器触屏：5寸电容屏；</p> <p>▲阶梯控温，可控制升温速度；</p> <p>★自定义温度曲线，可保存自定义方法，避免重复输入工作；</p> <p>★超温保护、定时自动停止加热功能；</p> <p>产品尺寸：长*宽*高：300*290*180mm；</p> <p>控制器尺寸：220*135*110mm；</p>
8	<p><b>7、抽滤泵 1台</b></p> <p>抽气速度（升/分）20</p> <p>泵体工作温度(°C)&lt;60</p> <p>极限压力不&lt;0.08Mpa</p> <p>真空压力200mbar</p> <p>噪音 (DB)&lt;55</p> <p>进气孔径 (mm)Φ6</p> <p>外形尺寸 (mm)235×120×215</p> <p>电机功率 (W)160</p> <p>整机重量 (Kg)7.5</p> <p>工作环境温度 (°C)7-40</p> <p>备注负压型</p>

9	<p>8、蒸馏装置 1台</p> <p>蒸馏装置参数:</p> <p>内径(mm) 60</p> <p>蒸发面积(m<sup>2</sup>) 0.06</p> <p>冷凝面积(m<sup>2</sup>) 0.1</p> <p>进料容积(L) 1</p> <p>处理流量L/H 0.1~2.0</p> <p>电机功率(W) 120</p> <p>最大转速(r/min) 450</p> <p>轻组分收集瓶(L) 1</p> <p>重组分收集瓶(L) 1</p> <p>冷井 有</p> <p>外置冷凝装置 选配</p> <p>冷却装置 有</p> <p>真空度(pa) 10以下</p> <p>受热温度(°C) 室温-300</p>
10	<p>9、分液漏斗振荡器 1台</p> <p>同时萃取样品数: 8个, 可选配带自动放气功能。</p> <p>振荡模式:垂直振荡或倾斜振荡(倾斜振荡角度 0-20度可调)</p> <p>振荡幅度≥40mm</p> <p>振荡频率: 50-300次/分钟可调</p> <p>频率控制: 无级变速</p> <p>★运行方式: 连续运行、间隔运行、曲线运行三种运行方式。</p> <p>定时范围: 0-99小时, 可倒计时方式。</p> <p>★适用范围: 250ml-2000ml分液漏斗, 100ml和250ml三角瓶、100ml具塞量筒、100ml具塞比色管、100ml具塞容量瓶等, 无需更换夹具。</p> <p>萃取效率: 95-110%</p> <p>额定载荷: 双侧对称11kg</p> <p>安全装置: 过流保护</p> <p>★生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证</p>

11	<p><b>10、超 声 仪 1台</b></p> <p>仪器尺寸：260*264*320（mm）</p> <p>内槽尺寸：300*240*150（mm）</p> <p>容量：10L</p> <p>超声频率：40KHZ</p> <p>超声功率：200W</p> <p>加热功率：400W</p> <p>温度可调：0--80℃</p> <p>时间可调：1--20min</p> <p>网架：塑料</p> <p>降 音 盖：无</p> <p>排 水：有</p>
12	<p><b>11、离 心 机（15/50/100ml） 2台</b></p> <p>液晶屏显示：设定的时间、剩余工作时间、设定的温度、实际工作的温度、设定的转速、实际工作的转速、设定的离心力、实际工作的离心力、转头编号、模式、加速档、减速档。离心状态、平衡状态。门锁状态</p> <p>采用交流变频电机驱动</p> <p>10种升、降速率选择，种自定义工作模式选择</p> <p>转速/离心力互设、同步显示</p> <p>5、整机是全钢制结构，不锈钢离心腔</p> <p>运行中可随时更改参数，无需停机</p> <p>自动平衡，无需配平</p> <p>进口制冷压缩机</p> <p>自动识别转子</p> <p>主机最高转速：<math>\geq 23000\text{rpm}</math>，最大相对离心力：<math>\geq 33097\times g</math> 配置:角转子15mlx12（12000rpm 15777xg）带生物安全罩</p> <p>角转子100mlx6（12000rpm 16099xg）带生物安全罩</p> <p>角转子50mlx6（12000rpm 16099xg）带生物安全罩</p> <p>转速精度：<math>\leq \pm 10\text{rpm}</math>定时范围：1min~99h59min59s</p> <p>温控范围：-20℃~40℃ 精度：<math>\pm 2^\circ\text{C}</math></p> <p>面板操作：全中文界面</p> <p>电动安全门锁，双挂锁，电动开门</p> <p>噪音：<math>\leq 55</math>分贝</p> <p>*提供检验报告证明及产品彩页（附于投标文件中）</p>

	<p><b>12、电 热 套 1台</b></p> <p>电 源220v 50hz(可生产110v 50/60hz)</p> <p>控温精度<math>\pm 1^{\circ}\text{C}</math> 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能</p> <p>控温方式智能PID控温</p> <p>加热温度表面温度最高<math>380^{\circ}\text{C}</math></p> <p>炉 丝Cr20Ni80</p> <p>绝 缘 层无碱玻璃纤维，可耐温<math>450^{\circ}\text{C}</math></p> <p><b>13</b> 绝缘系数相对湿度<math>\leq 35\%</math>时<math>\geq 500</math>兆</p> <p>保 温 层采用硅酸铝棉真空定型环保保温体</p> <p>容 量(ml)1000</p> <p>功 率(W)500</p> <p>上口直径(mm)145</p> <p>套 深 (mm)85</p> <p>外壳直径(mm)260</p> <p>外壳高度(mm)165</p>
	<p><b>13、电 热 板 1台</b></p> <p>加热尺寸 (mm) 400×280</p> <p>外形尺寸 (mm) 400×430×200</p> <p>重量 (kg) 13</p> <p>功率 (kw) 1.8</p> <p><b>14</b> 工作电压 (V) 220</p> <p>温控范围 (<math>^{\circ}\text{C}</math>) 400</p> <p>分辨率 (<math>^{\circ}\text{C}</math>) 1</p> <p>控温精度 (<math>^{\circ}\text{C}</math>) <math>\pm 1</math></p> <p>板面材质</p> <p>石墨板面厚度12毫米</p>

15	<p><b>14、干燥箱 1台</b></p> <p>电源电压AC220 50HZ</p> <p>输入功率1100W</p> <p>控制范围RT+10~200℃</p> <p>温度分辨率0.1℃</p> <p>恒温波动度±1℃</p> <p>温度均匀度2.5%</p> <p>搁板2块</p> <p>内胆尺寸（mm）W*D*H455*430*510</p> <p>容积100L</p> <p>定时范围1~9999min</p>
16	<p><b>15、水浴锅（低温/高温） 1台</b></p> <p>设有三组独立的水槽和相应的控温装置，可以分别设温和控温</p> <p>采用优质不锈钢内胆、顶盖，外壳采用优质冷轧板喷塑而成</p> <p>工作室选用不锈钢材料，有优越的抗腐蚀性能</p> <p>微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能</p> <p>功率3*300W</p> <p>工作室尺寸150*150*115mm/孔</p> <p>容积2.1L*3</p> <p>温控范围RT+5~99℃</p> <p>温度波动度≤0.3℃</p> <p>温控精度≤0.5℃（恒温状态）</p> <p>电源AC 220 50Hz</p>

	<p>16、匀浆机 1台</p> <p>额定电压:220伏特</p> <p>电机转速:29000转/分</p> <p>功率: 360W</p> <p>调速范围: 2800-28000转/分</p> <p>容量: 3ml-1000ml</p> <p>17 定时范围: 1-10分任意可调</p> <p>环境温度: -10°C-40°C</p> <p>刀具数量: 各5个; (Φ10mm处理量3-200ml; Φ14mm处理量100-500ml; Φ18mm处理量50-1000ml)</p> <p>显示方式: 液晶显示</p> <p>外形尺寸: 320×220×430mm</p> <p>*提供检验报告证明及产品彩页(附于投标文件中)</p>
	<p>17、旋涡混匀器 1台</p> <p>电源: 100-240V 50-60HZ</p> <p>功率: 45W</p> <p>重量: 4.5kg</p> <p>18 尺寸: 17×24×14cm</p> <p>混匀频率: 300-3000rpm (以10rpm递增)</p> <p>旋涡振荡混匀频率: 3500rpm</p> <p>振荡和混匀半径: 1.5mm (3mm振幅)</p> <p>混匀时间: 15s-99h59min</p>

## 18、医用冷藏柜（4℃） 1台

1、立式，单门，

2、总有效容积:≥390L

3、外部尺寸（宽×深×高）:≤665×710×1965 mm

4、内部尺寸（宽×深×高）:≥530×555×1380 mm

\*5、微电脑控制，内置5路高精度数字传感器，1个备用机械温控器，控温精度0.1℃。

6、设定温度在2~8℃范围调节，科学风道设计，箱内温度均匀度≤±3℃；

7、数字显示箱内温度，可实时监控箱内温度；内置蓄电池，断电后继续显示箱内的实时温度大于48小时

8、多种故障报警：高温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警；两种报警方式：声音蜂鸣报警，显示屏闪烁报警。

9、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

10、进口品牌恩布拉科变频压缩机，品质保障，性能卓越；蒸发风机和冷凝风机均为进口品牌EBM风机，高效节能，低噪音，使用寿命长；

19

11、材料：箱体采用彩色喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀；

12、创新碳氢制冷系统设计，优化制冷系统，耗电量降低40%以上，选用HC制冷剂，含氟为0，制冷系统完全绿色环保

13、门：单个电加热玻璃门。门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露。

14、门体双锁结构：门体上部带暗锁，侧面增加了锁扣支持用户自行挂锁，真正实现储物安全

15、门体为自关门结构，防止用户开门后忘记关门

16、低噪音，噪音水平≤41分贝，并可提供CNAS或者CML认可的机构出具的测试报告。

17、7层搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品。

18、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能；

19、产品配备4个脚轮和2个平衡底脚，灵活，可移动、可通过底角锁定；

20、灯：LED照明灯，功耗低，亮度高。

21、产品带有1个测试孔，方便用户对箱内温度进行温度监测。

22、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。

23、整机保修3年。

20	<p>19、低温冰箱-20℃以下 1台</p> <p>1、有效容积：≥262升，立式</p> <p>2、外形尺寸（宽×深×高mm）：≤700×705×1665mm</p> <p>3、内部尺寸（宽×深×高mm）：≥480×462×1430mm</p> <p>4、微电脑控制，控温精度1℃。速冻按键可实现快速降温。</p> <p>5、微电脑处理控制系统，LED数字显示箱内温度。便于远距离观察；</p> <p>*6、设定温度在-10℃~-25℃范围内调节，箱内温度均匀度误差≤±3℃，监控模块实现箱内温度数值实时取值，保证箱内温度与显示温度一致。</p> <p>安全报警系统：两种报警方式（声音蜂鸣报警、红光亮报警）；可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警。</p> <p>8、有开机延时保护功能；断点记忆功能，断电后数据自动记忆。</p> <p>*9、创新碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保</p> <p>采用进口丹佛斯压缩机，德国EBM冷凝风机，质量可靠，性能稳定。</p> <p>11、立式柜蒸发器直接做搁物架，制冷速度快；合理的蒸发冷凝系统设计，耗电量低。</p> <p>12、机器箱壳采用冷轧钢板；内胆采用PS板吸附材质，有效防菌，并便于用户使用中对内部清洁；</p> <p>13、柜体采用高密度保温层，保温效果良好；外门采用双密封条设计，更好的保证保温效果；</p> <p>14、宽电压带设计，电压使用范围：187—242V；</p> <p>15、门体带挂锁设计，方便用户操作的同时防止门体随意开启，保证存储物品安全。</p> <p>16、抽屉7层或7层以上，便于用户分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响；</p> <p>17、配备脚轮，灵活，可移动。</p> <p>18、人性化设计：操作的显示屏在箱体的上部，更直观的查看温度。同时可以进行2台堆叠放置。</p> <p>19、产品带有测试孔，方便温度监控。</p> <p>20、公司通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证；获得医疗器械生产企业许可证，产品具有医疗器械注册证。</p> <p>21、售后：整机质保三年。</p>
----	--

21

20、高压灭菌锅（生物型） 2台

1.灭菌器厂家本身必须具有特种设备制造资质和特种设备安装资质，即：特种设备（压力容器）制造许可证。

2.容量:≥60升,立式结构,底部带脚轮；腔体直径≥40CM

3.灭菌腔材料:SUS304不锈钢；加热功率≥2900W

4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（翻盖式开关盖），节省实验室空间

5. 时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-6天延迟

6.温度和压力: 最高灭菌温度≥138℃；设计压力：≥0.35Mpa,安全阀起跳压力≥0.31Mpa

\*7.生物安全排气过滤器：带有0.2μm孔径的疏水型排气过滤器，升温排冷空气可以将气溶胶、冷凝水都拦截在灭菌腔内进行灭菌

\*8.在线灭菌功能：在灭菌器灭菌时对过滤器进行同步灭菌，并实时监测过滤器的灭菌温度、时间及使用情况，杜绝二次污染

9.缺水双重保护：配备温度式和离子浓度式两种水位传感器,杜绝误判,防止干烧

10.记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序

11.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。

12.具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌

13.标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度

14. F0值：具有F0值计算功能，选购打印机可打印出F0值、温度等数据

15.温度和压力曲线：选购打印校验套装，温度和压力可以同时打印为数据和曲线方式

16.冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开

17.检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头

18.具有5种灭菌模式:固体模式、液体保温模式、液体模式、废弃物模式、自定义模式。包含液体、固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式

19.附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套，

20.安全装置：八柱均分连锁装置，闭盖检查系统，电动式双内锁，冷却锁，缺水双重保护（干烧保护+水位传感器报警），过压双重保护，自动故障检测系统，后台安全测试程序，漏电保护、过流与短路保护，防烫保护

\*21.提供检验报告证明及产品彩页（附于投标文件中）

	<p>21、多位涡旋振荡器 1台</p> <p>温控范围RT+5~99℃</p> <p>温度波动度≤0.3℃</p> <p>温控精度≤0.5℃（恒温状态）</p> <p>电源AC 220 50Hz</p> <p>转速范围500 ~ 2500rpm</p> <p>调速精度±1rpm</p> <p>振幅3.6mm</p> <p>定时范围0s ~ 99H59M</p> <p>22 间歇间隔定时范围1 ~ 99S</p> <p>间歇运行定时范围1S ~ 999S</p> <p>最大载重4.5kgs</p> <p>顶部盖板尺寸L.310 x W.180mm</p> <p>输入电源AC 100 ~ 230V, 50/60Hz</p> <p>功率75W</p> <p>熔断器250V, 1A, Φ5 ×20</p> <p>尺寸（LxWxHmm）426x246x474</p> <p>*提供检验报告证明及产品彩页（附于投标文件中）</p>
	<p>22、震荡混匀器 2台</p> <p>23</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、振动与旋涡混合方式：可调速控制，能从低速振动到高速旋涡混合。可根据需要选择适合的混合方式；</li> <li>2、多元功能：碗型振动台与平板型振动的双重提供，可适应不同试管及容器的手动或自动的两种混合方式；</li> <li>3、自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式；</li> <li>4、稳定操作：足够重量的整体设计为各种混合提供了稳定的操作平台。</li> <li>5、电源：220V；</li> <li>6、功率：50W；</li> <li>7、转速：≥2800转/分；</li> <li>8、工作方式：连续、点触、调速；</li> <li>9、工作台：碗型、平板型可调换；</li> <li>10、外形尺寸：≥170×120×170mm。</li> </ol>

24	<p>23、96孔整板迷你离心机（0.1-0.2ml） 1台</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态。</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2、采用直流无刷电机，噪音低、干扰小、免维护。</li> <li>3、支持开盖自动停机功能。</li> <li>4、支持点动运行功能。</li> <li>5、加速快，从完全静止到最高转速只需10秒。</li> <li>6、刹车时间短，从最高速到完全静止只需4秒。</li> <li>7、转速设置范围：2200-2800Rpm；</li> <li>8、时间设置：15秒-1分钟59秒；</li> <li>9、最大相对离心力：≥550g；</li> <li>10、加速时间：≤10秒（0至2800Rpm）；</li> <li>11、刹车时间：≤4秒（2800至0Rpm）；</li> <li>12、开盖停机：支持；</li> <li>13、短运行：支持；</li> <li>14、容量：2块标准PCR微孔板；</li> <li>15、输入功率：45W；</li> <li>16、外形尺寸(mm)：≥260x240x226mm；</li> <li>17、重量：≤3.3Kg。</li> </ol> <p>*18.提供检验报告证明及产品彩页（附于投标文件中）</p>
	<p>24、高速离心机（15ml） 1台</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 品名、数量及用途</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 品名：台式高速离心机</li> <li>1.2 数量：1台</li> <li>1.3 用途：用于各大实验室，分子生物学等实验室各种样品的分离，离心。</li> </ol> <p>2.工作条件</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1环境温度 5 - 40℃ 室温</li> <li>2.2 湿度最高可达 80%</li> <li>2.3 220V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下；</li> </ol> <p>3.主要技术指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>*3.1 最高转速：≥18000RPM；</li> <li>3.2最大离心力：≥28980 × g；</li> <li>*3.3最大容量：≥1200ml（4*300ml）；</li> <li>*3.4控温范围：-20度到40度，带有pre-cool，预先制冷功能；</li> <li>3.5转速范围：300-18,000rpm（100rpm增量）；</li> <li>3.6速度精确度：≤±20 rpm；</li> <li>3.7速度/RCF转换：最小转速设定值为 300rpm，步长为 100rpm；最小相对离心加速度为 100×g，步长为 50×g；</li> <li>3.8定时功能：1min-99h59min+Hold功能；</li> <li>3.9运行噪音：&lt;58dB(A)；</li> <li>3.10温度精确度：≤±2℃；</li> <li>3.11存储程序：≥10组；</li> <li>*3.12转头快速自锁功能,无需工具安装。节省更换转头所需时间.-减少对转头会磨损，且避免产生转头安装不</li> </ol>

25

良引起的安全隐患；

3.13快加速和减速，9级加速，10级减速；

3.14定时：1min-99h59min，及Hold功能；

3.15高不平衡耐受性，可允许5mm的差异。10ml离心管没管可容忍不平衡2g；

3.16转头自动识别功能；

\*3.17非接触不平衡保护，检测运转过程中任何转头在任何转速下的振幅与正常情况下的振幅相比较,可以立即捕获异常的震动，如果运转过程中被震动或出现异常颤动，离心机快速停止运行.对不同转速下真正的不平衡保护；

\*3.18创新的大扭矩,驱动技术可实现强有力的加减速性能,从0~15,000 rpm只需8秒(使用FA15A转头)；

3.19短时运转按键，方便即时离心；

3.20预冷功能，避免导致部分温度敏感样品失活；

4、基本配置：

4.1主机一台；

4.2 角转头转速：15000rpm-离心力23300x g-容量6x50ml；

4.3水平转头转速：4200rpm-离心力3550x g-容量4x300ml；

4.31配俩套适配器（适配器一：15ml管一次可以离心36个；适配器二：50ml管一次可以离心16个）；

4.4操作说明书；

4.5维修工具；

4.6保险丝；

4.7质保卡；

5.技术服务

5.1安装、调试及培训；

5.2验收及验收标准；

5.3维修及技术服务 1年质保，在中国有技术维修中心。当地代理商以及中国区技术维修中心负责售后工作。

厂家定期回访，全天问题受理以及操作服务。

\*6.提供检验报告证明及产品彩页（附于投标文件中）

26	<p>25、高速冷冻离心机（1.5-2ml） 1台</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 品名、数量及用途 <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 品名：台式微量高速冷冻离心机</li> <li>1.2 数量：1台</li> <li>1.3 用途：用于各大实验室，分子生物学等实验室各种样品的分离，离心。</li> </ul> </li> <li>2.工作条件 <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1环境温度 5 - 40°C 室温；</li> <li>2.2 湿度最高可达 80%；</li> <li>2.3 220V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下；</li> </ul> </li> <li>3.主要技术指标 <ul style="list-style-type: none"> <li>*3.1 最高转速：≥15000RPM；</li> <li>3.2最大离心力:≥ 22302 × g；</li> <li>*3.3最大容量:≥ 50ml（10*5ml）；</li> <li>3.4控温范围：-20度到40度；</li> <li>3.5转速范围：300-15,000rpm（100rpm增量）；</li> <li>*3.6 可提供一次离心10个5ml尖底管转头，或24个2ml管转头，或32个0.2mlPCR管转头；</li> <li>*3.7 可提供使用离心冻存管的转头；</li> <li>3.8速度/RCF转换：有；</li> <li>3.9定时功能：1-99分钟；</li> <li>3.10运行噪音：&lt;58dB(A)；</li> <li>3.11转头自动识别功能；</li> </ul> </li> <li>4.基本配置： <p>主机一台，角转子一个（容量：24*1.5ml，转速：15000rpm；离心力：21000xg）</p> </li> <li>5.技术服务 <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1安装、调试及培训；</li> <li>5.2验收及验收标准；</li> <li>5.3维修及技术服务 1年质保，在中国有技术维修中心。当地代理商以及中国区技术维修中心负责售后工作。厂家定期回访，全天问题受理以及操作服务。</li> </ul> </li> </ul> <p>*6.提供检验报告证明及产品彩页（附于投标文件中）</p>
27	<p>26、移液枪0.5-10ul 5把</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.采用Perfect Piston系统的高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。</li> <li>*2.卓越的人体工程学设计，重量轻，单道仅为76-80g。</li> <li>3.气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液。</li> <li>4.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。</li> <li>5.感受重量和移液用力的差异：超轻机械移液器设计，可减少手部和臂部的用力。</li> <li>*6.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。</li> <li>7.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。</li> <li>*8.独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。</li> <li>9.卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。</li> <li>10.量程：0.5-10μL。</li> </ul>

28	<p><b>27、移液枪2-20ul 3把</b></p> <p>1.采用Perfect Piston系统的高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。</p> <p>*2.卓越的人体工程学设计，重量轻，单道仅为76-80g。</p> <p>3.气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液。</p> <p>4.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。</p> <p>5.感受重量和移液用力的差异：超轻机械移液器设计，可减少手部和臂部的用力。</p> <p>*6.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。</p> <p>7.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。</p> <p>*8.独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。</p> <p>9.卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。</p> <p>10.量程：2-20μL。</p>
29	<p><b>28、移液枪20-200ul 5把</b></p> <p>1.采用Perfect Piston系统的高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。</p> <p>*2.卓越的人体工程学设计，重量轻，单道仅为76-80g。</p> <p>3.气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液。</p> <p>4.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。</p> <p>5.感受重量和移液用力的差异：超轻机械移液器设计，可减少手部和臂部的用力。</p> <p>*6.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。</p> <p>7.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。</p> <p>*8.独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。</p> <p>9.卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。</p> <p>10.量程：20-200μL。</p>
30	<p><b>29、移液枪100-1000ul 5把</b></p> <p>1.采用Perfect Piston系统的高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。</p> <p>*2.卓越的人体工程学设计，重量轻，单道仅为76-80g。</p> <p>3.气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液。</p> <p>4.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。</p> <p>5.感受重量和移液用力的差异：超轻机械移液器设计，可减少手部和臂部的用力。</p> <p>*6.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。</p> <p>7.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。</p> <p>*8.独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。</p> <p>9.卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。</p> <p>10.量程：100-1000μL。</p>

	31	<p><b>30、8道排枪 3把</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、容量颜色标识：通过颜色标识即可方便选择匹配的吸头；</li> <li>2、进阶式容量调节：易于使用的容量调节；</li> <li>3、人体工程学手指支撑：在移液过程中不需要紧紧握住移液器，减少 RSI 的风险；</li> <li>4、内部隔热设计，提高准确度；</li> <li>5、量程宽，提供可调容量和固定容量；</li> <li>6、带有 Optiload 吸头安装装置；</li> <li>7、轻巧的移液力，人体工程学设计；</li> <li>8、避免重复性劳损 (RSI)；</li> <li>9、大数字容量显示：容量快速易读，减少容量设置错误；</li> <li>10、简单的用户自校准：可根据需要进行快速校准；</li> <li>11、高度耐化学性且耐紫外线材质；</li> <li>12、无需拆卸，整支灭菌：可高温高压灭菌。</li> <li>13、量程：8道，0.5-10ul。</li> </ol>
	32	<p><b>31、多管旋涡混合仪 1台</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、用途：可以一次混合处理50个样品。可选配多种配件，满足不同规格试管旋涡混合的需要。人性化的程序设计，让实验更加便捷高效。</li> <li>2、外观精巧,构造坚固,操作简单,液晶触摸屏。</li> <li>3、程序运行，可同时设置不同的转数及时间。</li> <li>4、定时转化系统，可完成秒、分、小时之间随意切换。</li> <li>5、进口电机、电机性能稳定，速度可调，最高可达2500rpm，低噪音，使用寿命长。</li> <li>6、电机过载、堵转报警，有效保证电机安全。</li> <li>7、随机标配12mm泡沫试管架、托盘垫。多种型号的泡沫试管架可供选配。</li> <li>8、可调速度范围：500-2500rpm；</li> <li>9、调速精度：≤±50rpm（在2500rpm监测）；</li> <li>10、定时范围：1s-999H；</li> <li>11、可设定段数：≥20；</li> <li>12、回转直径：≥4mm（水平回转）；</li> <li>13、最大承重：≥5KG；</li> <li>14、顶部面板尺寸：≥311*184mm；</li> <li>15、仪器尺寸（L*W*H）：440*250*350mm。</li> </ol>
	33	<p><b>32、普通冰箱 4台</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品类别：双门；</li> <li>2、总容积：≥272L；</li> <li>3、冷藏室容积：≥178L；</li> <li>4、冷冻室容积：≥94L；</li> <li>5、温控方式：风冷；</li> <li>6、压缩机：变频。</li> </ol>

	<p>33、恒温水浴超声仪 1台</p> <p>1、外形尺寸：435*398*400mm</p> <p>2、内槽尺寸：330*300*180mm</p> <p>3、容量：18L</p> <p>4、超声频率：40KHz</p> <p>5、超声功率：600W</p> <p>34</p> <p>6、超声功率可调范围：40-100%</p> <p>7、水位显示：1-140mm</p> <p>8、加热功率：800W</p> <p>9、温度设定范围：10-80℃</p> <p>10、工作时间可调：1-480min</p> <p>11、显示：液晶显示屏</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

## 第五章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加投标和成交后有履行能力的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

### 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

### 4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

### 5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

### 6.按照谈判文件要求，成交人应当提交的资格、资信证明文件。

## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1. 评审方法

最低评标价法,是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求,且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

#### 2. 评审原则

1.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以谈判文件和响应文件为评审的基本依据,并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

1.2 具体评审事项由谈判小组负责,并按谈判文件的规定办法进行评审。

#### 3. 谈判小组

1.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

1.2 谈判小组成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

1.3 谈判小组负责具体评审事务,并独立履行下列职责:

(1) 确认或者制定谈判文件;

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价;

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明,与供应商进行分别谈判;

(4) 编写评审报告;

(5) 确定成交候选人名单,以及根据采购人委托直接确定成交人;

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为;

(7) 法律法规规定的其他职责。

#### 4. 澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

4.1 谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

#### 5. 有下列情形之一的,视为供应商串通投标:

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同供应商的投标文件相互混装;

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

#### 6. 有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交;

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交;

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

#### 7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

#### 8. 废标(终止)的情形

出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

(1) 因情况变化,不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 在采购过程中符合竞争性要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的,但经财政部门批准的情形除外;

(4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

#### 9. 定标

谈判结束后,谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价,采购人从谈判小组提出的成交候选人

中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

## 二.政府采购政策落实:

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

### 合同包1（鼠疫疫情国产检测设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

### 3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（4）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

## 三、评审程序

### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈

判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

## 2.谈判

(1) 谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(2) 谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## 3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA锁的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

## 4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

## 5.汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按最终上传响应文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

资格性审查表：

合同包1（鼠疫疫情国产检测设备）

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；
信用记录	信用记录：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

符合性审查表：

合同包1（鼠疫疫情国产检测设备）

投标及保证金缴纳情况	本项目不收取投标保证金。
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定；（本项目不接受联合体投标）
技术部分实质性内容	<b>1.</b> 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； <b>2.</b> 响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。 <b>3.</b> 具体技术（参数）要求所有条款为实质性条款，若有一条负偏离或不满足均按无效标处理。
其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

## 第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

一、封面  
格式一：

响应文件封面

(项目名称)  
响应文件  
(正本/副本)

项目编号：  
包 号： 第 包 (若项目分包时使用)

(供应商名称)

年 月 日

格式二：

响应文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、首轮报价表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、供应商基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、供应商业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三:

投标承诺书

采购单位、阿拉善盟瑞桥工程咨询有限公司:

1.按照已收到的 项目(项目编号: )谈判文件要求,经我方(供应商名称)认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后,我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求,并承诺在成交后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求,并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价,保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意谈判文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明:所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假,我方自愿接受有关处罚,及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定,如有违反,无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照谈判文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订,并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的,愿意承担取消成交资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果:

- (1) 成交后,无正当理由放弃成交资格;
- (2) 成交后,无正当理由不与采购人签订合同;
- (3) 在签订合同时,向采购人提出附加条件或不按照相关要求签订合同;
- (4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金;
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容;
- (6) 要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容;
- (7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

详细地址:

邮政编码:

电话:

电子函件:

供应商开户银行:

账号/行号:

法定代表人签字: (加盖公章)

年 月 日

格式四：

首轮报价表

供应商名称：

项目名称、包号：

项目编号：

投标总报价（元）
大写：
小写：

- 说明：
1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。
  2. 价格应按照“供应商须知”的要求报价。
  3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
  4. 《首轮报价表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

加盖公章：

年 月 日

格式五：

授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

授权委托人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

法定代表人身份证扫描件  正面	法定代表人身份证扫描件  反面
授权委托人身份证扫描件  正面	授权委托人身份证扫描件  反面

格式六：

**投标保证金**

供应商应在此提供缴纳保证金的凭证的复印件。

格式七:

供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			
注: 投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中供应商资质要求的其他资质证明等。			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九:

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

阿拉善盟瑞桥工程咨询有限公司：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加  
\_\_\_\_\_（项目名称）采购项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）  
联合体成员名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式十七:

分项报价明细表

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容/工程量	制造商名称	产地	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1								
2								
3								
...								

说明:

1.“投标标的”为货物的:上述表格应全部填写。

2.“投标标的”为服务的:如服务内容涉及品牌、规格型号的,上述表格应全部填写;如不涉及品牌、规格型号的,“制造商名称和产地”部分可不填写内容。

3.“投标标的”为工程的:如不涉及品牌、规格型号的,“制造商名称和产地”部分可不填写内容。

注:采用电子招投标的项目无需编制该表格,投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写,投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成。

格式十八：

### 主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于谈判文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

年月日

格式十九:

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		供应商提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
			.....			
2		★	2.1			
			2.2			
			.....			
.....						

说明:

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足谈判文件要求。

2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。

4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按谈判文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商成交，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二:

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.谈判文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供其他资料。