

内蒙古楷恩项目管理咨询有限公司

公开招标文件

项目名称：阿拉善左旗中医蒙医医院采购阿左旗中医蒙医医院医疗设备采购
项目编号：AZQZCS-G-H-220075

2022年10月

第一章 投标邀请

内蒙古楷恩项目管理咨询有限公司受阿拉善左旗中医蒙医医院委托，采用公开招标方式组织采购阿左旗中医蒙医医院医疗设备采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：阿左旗中医蒙医医院医疗设备采购

批准文件编号：阿左财购备字（电子）[2022]06485号

招标文件编号：AZQZCS-G-H-220075

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	采购需求	预算金额（元）
1	阿拉善左旗中医蒙医医院采购	详见招标文件	1,401,520.00

二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（阿拉善左旗中医蒙医医院采购）：

1)投标人具有医疗器械经营许可证和医疗器械二类备案证明。（扫描件附于投标文件中，扫描件须清晰可辨，否则不予认可）

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的期限：详见招标公告；

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：投标人可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、阿拉善盟公共资源交易网查阅采购信息、预览招标文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取招标文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古楷恩项目管理咨询有限公司

地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗安康路翡翠城商业街B1-06

邮政编码：010010

联系人：付志鹏

联系电话：18648331213

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

采购单位名称：阿拉善左旗中医蒙医医院

地址：阿拉善左旗巴彦浩特镇西花园北街

邮政编码：750306

联系人：罗生成

联系电话：8224209

内蒙古楷恩项目管理咨询有限公司

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标办法	合同包1（阿拉善左旗中医蒙医医院采购）：综合评分法
6	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）
10	中标人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
11	备选方案	不允许
12	联合体投标	包1： 不接受
13	采购机构代理费用	收取
14	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取

1 5	投标保证金	<p>本招标项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请投标人按照本招标文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。</p> <p>同时，本项目允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，投标人应当在投标文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。</p> <p>备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>阿拉善左旗中医蒙医医院采购：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。</p> <p>开户银行：投标人在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据投标人选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成投标人所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。投标人应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。 3、投标保证金缴纳、退还联系人：无 4、咨询电话：无
--------	-------	--

16	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延了解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。</p>
17	电子投标文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
18	投标客户端	<p>投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>
19	是否专门面向中小企业采购	<p>采购包1：面向中小企业，采购包专门预留</p>
20	有效供应商家数	<p>包1： 3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>
21	报价形式	<p>合同包1（阿拉善左旗中医蒙医医院采购）:总价</p>
22	项目兼头兼中规则	<p>兼投兼中： -</p>

2 3	现场踏勘	否
2 4	其他	

二.投标须知

1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）投标人库填写相关信息后才可进行网上投标操作。所需资料及办理流程请登录“内蒙古自治区政府采购网”进行查询。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，进入投标页面选择右侧对应的，要投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目招标文件，并按照本招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

同时，满足本招标文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示：

2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古楷恩项目管理咨询有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、和“阿拉善盟公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

5.投标有效期

5.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

6.投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

6.2 投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

6.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

8.投标文件的递交

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

9.样品（演示）

9.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

9.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

9.3评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认；
- (5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的，不得开标。

1.4备注说明：

1.4.1若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的 CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

1.4.2若本项目采用不见面开标，投标人在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.4.3投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

中标人确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和阿拉善盟公共资源交易网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和阿拉善盟公共资源交易网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.中标通知书发放

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；

- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

注：对招标文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的招标文件的证明材料（在投标人系统中自行截图）。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以授权代表进行质疑，且应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、中标结果公告及中标通知书
- 3、招标文件
- 4、投标文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

(一) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后, 由甲乙双方及第三方 (如有) 一同验收并签字确认。

(二) 对标的物的质量问题, 甲方应在发现后向乙方提出书面异议, 乙方在接到书面异议后, 应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的, 对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中, 有明确质量保证期的, 适用质量保证期。

(三) 经双方共同验收, 标的物达不到质量或规格要求的, 甲方可以拒收, 并可解除合同且不承担任何法律责任,

十一、售后服务

(一) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容: (投标文件售后承诺等)

十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款, 按日承担违约部分合同金额的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成可以采用下列方式解决:

(一) 提交 仲裁委员会仲裁。

(二) 向 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份, 采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份, 自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

甲方: (章)

乙方: (章)

采购方法人代表: (签字)

投标人法人代表: (签字)

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

联系电话:

联系电话:

签订时间 年 月 日

附表: 标的物清单 (主要技术指标需与投标文件相一致) (工程类的附工程量清单等)

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计: 人民币大写: **元整						¥: **

第四章 招标内容与技术要求

一. 项目概况：

(1) 骨科牵引架 (2) 俯卧位支撑垫、俯卧面部保护垫、胸髋垫、多功能垫 (3) 可视气管插管箱 (4) 牵引床 (5) 恒温蜡疗仪 (6) 多功能艾灸仪 (7) 液晶视力表 (8) 短波治疗仪 (9) 中频电疗仪 (10) 红外偏振光治疗仪 (11) 颈椎牵引椅 (12) 脑经颅磁治疗仪 (脑电仿生电刺激仪) (13) 吞咽治疗仪 (14) 冲击波治疗仪 (15) 胆道镜 (16) 电针仪 (17) 半导体激光治疗仪 (18) 智能疼痛治疗仪 (微波治疗机)

合同包1 (阿拉善左旗中医蒙医医院采购)

1. 主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日起30个日历天
标的提供的地点	采购人要求地点
投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期: 支付比例60%, 货到验收合格后, 调试安装完成后按合同总价的60%支付 2期: 支付比例30%, 设备运行半年后按合同总价的30%支付 3期: 支付比例10%, 设备运行2年后按合同总价的10%支付
验收要求	1期: 符合国家相关质量验收强制性标准且中标供应商需在中标结果公告发布之日起5日内向采购人提供核心产品的佐证材料扫描件(如: 技术白皮书、说明书、检验报告、注册证、原版彩页等, 并加盖生产企业签章)作为资格预审, 未能提供或者提供的材料不能佐证其投标响应的技术指标真实性的验收不合格。
履约保证金	不收取
其他	

2. 技术标准与要求

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	骨科牵引架	张	100	6,500.00	6,500.00	面向中小企业	零售业	详见附表一
2		其他医疗设备	俯卧位支撑垫、俯卧面部保护垫、胸髋垫、多功能垫	套	100	4,500.00	4,500.00	面向中小企业	零售业	详见附表二
3		手术器械	可视气管插管箱	套	100	69,000.00	69,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表三
4		中医器械设备	牵引床	台	100	46,000.00	46,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表四
5		中医器械设备	恒温蜡疗仪	台	100	21,800.00	21,800.00	面向中小企业	零售业	详见附表五
6		中医器械设备	多功能艾灸仪	台	100	83,800.00	83,800.00	面向中小企业	零售业	详见附表六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	面向对象情况	所属 行业	招标技 术要求
7	△	其他医疗设备	液晶视力表	台	1.00	13,000.00	13,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表七
8		中医器械设备	短波治疗仪	台	1.00	36,800.00	36,800.00	面向中小企业	零售业	详见附表八
9		普通诊察器械	中频电疗仪	台	2.00	29,800.00	59,600.00	面向中小企业	零售业	详见附表九
10		其他医疗设备	红外偏振光治疗仪	台	1.00	128,000.00	128,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十
11		其他医疗设备	颈椎牵引椅	台	1.00	28,000.00	28,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十一
12	△	其他医疗设备	脑经颅磁治疗仪(脑电仿生电刺激仪)	台	1.00	78,000.00	78,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十二
13		其他医疗设备	吞咽治疗仪	台	1.00	78,000.00	78,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十三
14		其他医疗设备	冲击波治疗仪	台	1.00	398,000.00	398,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十四
15	△	其他医疗设备	胆道镜	台	1.00	180,000.00	180,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十五
16		其他医疗设备	半导体激光治疗仪	台	1.00	98,000.00	98,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十六
17		普通诊察器械	智能疼痛治疗仪(微波治疗机)	台	1.00	69,800.00	69,800.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十七
18		其他医疗设备	电针仪	台	4.00	680.00	2,720.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十八

附表一：骨科牵引架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	要功能或目标：该牵引架与手术台链接，适用于骨科手术及牵引，可升降、延伸、C臂透视，结构合理，关节灵活，操作方便。型号：落地牵引架。 需满足的要求：技术参数：1、规格1500mm*350mm；2、手动高度调节：750*1000mm；3、牵引距离：180-200mm；4、支架长度：1000-1200mm；5、腿托高度：750-1000mm；6、两底架夹角：0-180°。标准配置：1、牵引鞋：1双；2、长腿托：1件；3、短腿托：1件；4、骨盆座：1件；5、会阴柱：1件；6、绑带、3件。选购材质：碳素纤维，材质：304#不锈钢底座和外罩。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：俯卧位支撑垫、俯卧面部保护垫、胸髓垫、多功能垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主要功能或目标：1、专为俯卧位手术时减轻胸部压力，维持通畅的呼吸循环功能；2、专为俯卧位手术时面部的支撑保护，方便麻醉插管，保持呼吸通畅；3、用于俯卧位手术，支撑保护胸髓部，保持良好的呼吸循环，避免产生压疮；也可用于仰卧位手术中，支撑肩部、胸部；4、通用性强，作用广泛。需满足的要求：1、俯卧位支撑垫：63*46*16；2、俯卧面部保护垫：23*20*11；3、胸髓垫：50*20*7；4、多功能垫：27*13*4.5。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：可视气管插管箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	1.喉镜片（含摄像头）：1.1采用CCD（防水）摄像头，分辨率≥200万像素1.2电源3.7V★1.3喉镜片：304医用不锈钢可重复使用金属镜片（a：镜片前端可活动式带弯头镜片分：成人大号，成人中号，儿童；b：固定式金属镜片分：成人大号，成人中号，儿童，婴儿，早产儿）；可选一次性喉镜片金属支架成人大号、成人中号、儿童，新生儿/早产儿，高强度防雾复合材料成人、儿童、新生儿、早产儿一次性使用喉镜片；1.4视场角≥75°；1.5光照度≥800LUX；1.6分辨率≥9lp/mm；2.显示屏：2.1尺寸：≥3.0寸进口高清LCD显示器；2.2分辨率≥1600*1200；2.3色温不小于5000K；2.4上下转动角度0-160°±2°；2.5左右转动角度0-270°±2°；2.6数据输出：2种文件输出法，USB传输，内置16G内存卡读卡器读写。3.电池：3.1视频喉镜内置专用大容量锂电池，可重复充电不少于500次；3.2电压3.7V；3.3容量3200mAh；3.4充电次数≥500次；3.5充电时间≤4小时；3.6持续放电时间：≥5小时。4.电源适配器：4.1充电接口输入极性内正外负；4.2充电器输入100-250V,50Hz；4.3充电器输出3.7V-12V,1000mA。★5.防雾功能：摄像系统自带防雾功能，开机即可达到防雾效果。6.摄像头的位置：视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离小于等于45mm。45mm的可视距离设计，使摄像头焦距清晰度最大化，视野无盲区，气管插管能更精确，清楚的辨认咽喉部的结构，区别食道入口和气道入口，避免了盲穿和误穿。★7.拍照摄像功能：手柄具备快捷一键快速拍照，摄像功能，轻轻一点，即可实时存储高清图片或影像。8.镜片与手柄连接：镜片和手柄之间的连接采用最新防脱落锁扣开关设计，可承受各方受力不脱落，喉镜片采用独特的挂钩式平面触头连接部件，确保良好接触效果插拔稳定，持久耐用，信号传输流畅。9.手柄为纺锤形波浪型防滑设计，操作者握持舒适方便，并减少患者胸部对喉镜插入操作的影响；机身采用高强度金属材料制成。★10.标准配置：视频喉镜主机一个，叶片一片，一次性使用骨髓穿刺针一根，充电线一套，FST-Q防水防震ABS手提箱一个，说明书一份，保修卡一份。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：牵引床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	需满足的要求：技术参数：1、数码管：按键操作；2、毛重：≥137kg；3、净重：≥90kg；4、内置≥8种牵引模式（持续式牵引模式、持续式上阶梯牵引模式、间歇式牵引模式、间歇式上阶梯牵引模式、间歇式上下阶梯牵引模式、反复式牵引模式、反复式上阶梯牵引模式、反复式上下阶梯牵引模式）；5、颈椎牵引力可调范围：0~300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认；6、腰椎牵引力可调范围：0~990N，步长为1N；7、颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/s；8、腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s；9、设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N。10、治疗时间可调范围：0~99min，步长为1min。11、牵引相时间可调范围：0~9min，步长为1min。12、间歇相时间可调范围：0~9min，步长为1min。13、设备具有紧急保护措施。在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态；14、行程范围：滑动行程范围为：0~200mm；15、背板长度：≥700mm，腿板长度：≥1250mm；16、牵引用床能够承受的最大患者体重为180kg。17、牵引用椅能够承受的最大患者体重为180kg。18、设备具有加热床垫，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41℃。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：恒温蜡疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	需满足的要求：1、电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；2、功率：3000VA；3、容积：蜡箱65升，饼箱80升，误差±10%；★4、蜡盘及蜡盘尺寸：饼箱可一次性储存8盘蜡，可分成2区，每区均可独立控制，蜡盘尺寸：475mm*300mm*30mm；★5、显示方式：10寸彩色液晶触摸显示屏，可实时显示仪器工作状态；6、温控范围：熔蜡箱58℃~85℃，制饼箱45℃~65℃，温控精度：±3℃；7、两种工作模式：预约制饼模式、快速制饼模式；7.1、预约制饼模式：分为“蜡箱制饼”和“饼箱制饼”，其中“蜡箱制饼”先从蜡箱融蜡，然后将融化的蜡液注入饼箱制饼；“饼箱制饼”，是在饼箱有未用完的冷却蜡饼的情况下，直接在饼箱加热至使用温度；7.2、快速制饼模式：设定好参数后设备即刻启动制作蜡饼；8、饼箱：采用循环风道系统设计，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存；9、石蜡清洁：对蜡进行重复水洗分离，自动消毒、清洗、沉淀、过滤，确保用蜡干净卫生，防止交叉感染；10、选材：蜡箱表面经过喷塑处理，易清洗，防生锈，坚固耐用；内胆采用全高标SUS304不锈钢制作，模块化设计清理及维护更方便；11、双重安全保护：超温保护、低液位报警；超温保护：融蜡箱温度超过95℃或饼箱温度超过90℃时，均能自动切断加热装置；低液位报警：自动检测融蜡箱水位，低水位自动报警；12、外形尺寸：1250mm*600mm*1000mm，误差不大于±5%，左右结构，无需额外操作平台；★13、蜡饼厚度选择：3种厚度可供选择，默认薄蜡饼（10mm）、标准蜡饼(15mm)、厚蜡饼(19mm)，亦可后台自定义调整蜡饼厚度；★14、高温消毒，紫外线消毒功能；★15、提供储物空间:480mm*300mm*470mm，无需额外配置储物柜；★16、产品取得计算机软件著作权；17、设备净重：130kg。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：多功能艾灸仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	需满足的要求：1、设备由主机、灸头、隔热垫、灸头组合垫组成；★2、输出通道：6通道，各路艾灸可以独立启动和停止，可同时使用12个艾灸头；★3、治疗温度超过60℃时，高温输出指示灯闪烁；4、灸头加热面的直径为25mm±0.5mm；5、隔热垫的外径直径为36mm±0.8mm；★6、搭配灸头组合垫（灸头为圆形、中空柱体结构）；★7、温度检测：单一灸头温度可以进行独立检测、独立调节，调节步长为1℃；也可总体调节艾灸头温度；8、当灸头温度超过自身的报警值，超温保护装置自动切断输出，并在界面中跳出警示弹窗；9、艾灸温度调节的范围为30℃~70℃，步长为1℃，误差为±3℃；10、时间范围为1min~60min；单步长1min；治疗时间默认为20min；11、加热方式:陶瓷片加热；用10K热敏电阻采集温度；12、定时提醒：定时时间到后有声音提示功能；13、显示方式:液晶触摸屏显示，旋转编码器调节；14、工作条件：环境温度：5℃~40℃，相对湿度：30%-80%；15、电源要求：220V±10%，50Hz±1Hz；16、输入功率：≤100VA。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：液晶视力表 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主要功能或目标：适用于儿童、青少年或成人的一般体检，视力障碍筛选及眼科和视光学的临床诊疗，学术、科研、教学及验配镜等方面的视力测定。需满足的要求：显示屏：23"彩色液晶显示器（配套遥控器）；亮度：≥250cd/m；视标类型：E视标、C视标、字母视标、数字视标、儿童视标、特殊视标；视标大小范围：0.1~2.0；工作距离：2~7米，每0.1米一档；电源：110V-240VAC，50/60Hz，75VA；尺寸重量：565(W)x62(D)x350(H)mm，6kg。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：短波治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	需满足的要求：技术参数：1、工作频率：主频为27MHZ±1.35MHZ；2、输入功率：600VA；3、最大输出功率：≤200W；4、输出波形：连续波；★5、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min五档可调，误差±1%，达到预设时间后自动停止输出；★6、治疗功率：分五档可调，1至5档输出功率分别为24W，50W，90W，140W，200W，各档允差±20%；7、工作电源：AC220V+22V，50HZ+1HZ；★8、产品具备自动调谐功能和手动调谐功能；★9、配备永久电极线，永久电极板一套兼容多个部位使用，无需更换，使用更方便；★10、设备具有操作时间显示，治疗过程中具备倒计时数显功能；★11、具有自动预热，自动稳压，电子定时，自动报警，自带延时保护电路功能；12、输出先回零保护装置，无需关机，可连续使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：中频电疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	<p>需满足的要求：1、产品结构形式：台面款式，轻巧便捷；★2、输出通道：四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者（部位）；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗；3、操控方式：7寸真彩触摸屏；★4、内置多达102种治疗处方，分5种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式）可选；★5、具有4种平面干扰电输出模式（普通模式、动态模式、调制模式、对极模式）可选；★6、具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取；★7、输出电流强度：不超过50mA(r.m.s)，分99档连续可调；8、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%；9、载波频率：载波频率1kHz~12kHz，允差±10%；10、载波波形：脉冲波11、载波脉宽：载波频率倒数的一半（42μs~500μs），允差±10μs。12、调制波频率：0~150Hz，允差±10%；13、调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波14、差频频率：0~200Hz，允差在±10%或±1Hz。15、差频变化周期：15s~30s，允差±10%；16、动态节律：4s~10s，允差±10%；17、调幅度：0~100%，调幅度允差±5%；18、治疗时间：1min~99min可调，步长1min，允差±5%。19、连续工作时间：不少于4h；20、噪声不大于45dB（A）；★21、具有电极加热功能：电极片温度38℃~42℃，分10档可调，允差±3℃；★22、具有四大保护功能：（1）超温保护：电极片温度超过45℃，热保护器动作，且有报警提示。（2）开路保护：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示；（3）短路保护：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示；（4）过流保护：输出电流有效值大于2.3要求时，发出声音和显示错误提示。23、具有参数锁定功能，满足临床个性化需求；★24、配置多类别电极片，满足临床多样化需求。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十：红外偏振光治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>需满足的要求：技术参数：1、推车式主机，配带锁脚轮；2、双路输出，一路为偏振光输出，一路为红外光输出；3、双路独立控制，可同时治疗两个病灶部位或两个病人；4、光源：红外卤素光源；5、偏振光有效光谱波长：600~1600nm；★6、偏振光传输方式：光源前置，通过短程光棒传导直接输出；无易损易耗件，节约使用成本；★7、偏振光路配置三种治疗头，最大光功率分别不小于：1300mW、1100mW、4000mW；治疗头出光口光斑直径分别不大于：Φ10mm、Φ7mm、Φ80mm；8、红外光有效光谱波长：600~3400nm；9、红外光传输方式：光源直接输出；★10、红外光治疗头最大光功率不小于：30W；治疗头出光口光斑直径不小于120mm；11、光功率调节功能：各治疗头均可在其最大光功率的10%~100%间分十档可调；12、两路治疗头的调节支臂：万向阻尼式，长度≥100厘米，方便快捷；★13、输出控制模式：各治疗头均具有连续、间歇、振荡3种输出控制模式；14、振荡模式下治疗光连续输出不间断，且能自动控制强弱变化，防止能量积聚引起灼伤；15、振荡模式下可按治疗需要任意调节振荡功率变化区间，针对性治疗，增强疗效；16、间歇模式下时间控制功能：通、断时间可在1~9s之间分别调节；17、治疗过程中可根据临床需要调整光功率参数、输出控制模式和间歇时间参数；★18、液晶显示，实时可见治疗参数及动态变化；19、具有参数设置记忆功能；20、具有治疗头实时控温功能和温度显示功能；★21、可显示设备累计使用时间。★22、通过国家权威机构抗干扰电磁兼容检测。（提供检测报告）★23、治疗头接触患病部位配件需提供生物相容性试验及毒性试验报告。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：颈椎牵引椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>需满足的要求：1、颈椎牵引力可调范围：0~300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认；2、颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为$\geq 60\text{N/s}$；3、设备具有牵引力实时监测功能，允差$\pm 30\text{N}$；4、治疗时间可调范围：0~99min，步长为1min；5、牵引相时间可调范围：0~9min，步长为1min；6、间歇相时间可调范围：0~9min，步长为1min；7、设备具有紧急保护措施，在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态；8、牵引用椅与牵引绳基部的前后相对应位置可调，可调节范围0-15度；9、牵引用椅能够承受的最大患者体重为180kg；10、牵引补偿：由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备应自动恢复预设值；11、环境温度：5℃~40℃；相对湿度：$\leq 80\%$；大气压力：860hPa~1060hPa；12、电源电压：AC220V$\pm 10\%$，电源频率：50Hz$\pm 2\%$；输入功率：$\leq 180\text{V}$；电动牵引装置是采用牵引力反馈控制方式，将操作者输入的参数，通过控制系统转化为给定信号，通过比对给定信号与传感器反馈信号来控制电机运行，经减速器减速后，力矩通过传动链条和主轴传给滚筒，使缠绕在滚筒上的牵引绳发出牵引力。在牵引过程中由传感器检测实际牵引力的变化，及时反馈给控制系统，实时加力减力，实现对患者颈椎的纵向牵引。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：脑经颅磁治疗仪（脑电仿生电刺激仪） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>需满足的要求：技术参数：1、双通道柜式机型，双液晶显示屏显示加一键飞梭操作；2、仪器单个通道具有三组电疗输出，一组磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作。3、电疗输出有两组主极输出和四组辅极输出，主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用低频调制中频电输出，主、辅极独立控制；4、主极基本频率：23.81Hz、15.87Hz、15.87Hz、11.90Hz；辅极基本频率：4000Hz$\pm 10\%$；主极在标准模式下，强度最大时的输出电流峰值Ip-p以80mAp-p为参照，实测值可在70~90mAp-p范围内变化；辅极在模式01~10下，强度最大时的输出电流峰值Ip-p以72mAp-p为参照，实测值可在62~82mAp-p范围内变化；5、输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式；6、输出处方：11种治疗，分别对应11种不同电流模式，无需对频率、脉宽、电压进行调节；7、治疗强度显示及设定范围为0~80，辅级0~90可调，调节步长为1；8、定时精度：连续模式是0-99min，常规、夜间、脉冲模式下是0-30min，工作时间大于8H；9、磁场强度：治疗强度分为2档，强度范围3mT~9mT,10mT~17mT；10、磁场频率为50Hz$\pm 2\%$；11、振动按摩强度四档可调：0V,10V,16V,27V；12、振动按摩频率四档可调：0Hz,2Hz,5Hz,10Hz；13、磁疗帽有成人款和儿童款供选择；14、磁疗发生器数：成人款磁疗帽有7个磁疗器；儿童款磁疗帽有5个磁疗器。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：吞咽治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	需满足的要求：★1.便携机型，配有1个触发器，1根四芯电极线，2根两导电极分别对应不同的治疗模式；★2.仪器配有蝶形电极片、矩形电极片以及月牙形电极片，蝶形电极片用于治疗 and 评估，矩形电极片用于训练，月牙形电极片用于小脑顶核电刺激；3.液晶屏显示，屏幕尺寸：≥115mm*65mm；★4.评估功能，采用三角波和方波，通过500ms或1000ms两种脉冲方式,适合不同程度的吞咽及构音障碍评估；★5.辅极小脑顶核电刺激功能，采用脑电仿生低频电输出。基本频率:23.81Hz、15.87Hz、15.87Hz、11.90Hz；6.输出电参数：a)输出电流：0~25mA，分50档连续可调，精度±20%；b)主电极开路输出电压：≤150V；★7.具有五种输出模式：成人连续、儿童交替、手控触发、自动触发、评估模式；7.1.成人连续模式脉冲宽度：1-11档可调，100μs~300μs可调，脉冲间隔：100μs；脉冲频率：50Hz~100Hz可调，步距增量1Hz；7.2.儿童交替模式脉冲宽度：1-11档可调，100μs~300μs可调，脉冲间隔：100μs；脉冲频率：50Hz~100Hz可调，步距增量1Hz；持续时间：≥1s；7.3.手持触发模式脉冲宽度：10ms~1000ms，分15档可调；7.4.自动触发模式脉冲宽度：10ms~1000ms，分15档可调；脉冲间隔1-5档可调，即1-5s可调，步距增量1s；8.时间选择：1~99分钟可调，步距增量为1分，误差为±5%；9.设备连续工作时间大于8h。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：冲击波治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	需满足的要求：技术参数：1、采用国际先进的气压弹道技术研发生产的冲击波治疗仪；2、落地柜式一体机，冲击波治疗枪符合人体工学设计，操作简单；3、电源使用标准：交流电压220V±10%，电源频率：50Hz±2%，额定输入功率：≤300VA；4、≥10.2英寸真彩触摸显示屏，分辨率≥1024*600dots；5、工作压力：1~4Bar可调，最大工作压力误差不超过±10%，步长0.1Bar；6、工作频率调节范围1~21Hz，误差不超过±5%，步长1Hz；7、治疗仪工作压力显示装置显示值与实际值误差不超过±10%；★8、具有准直型和发散式两类治疗探头，满足不同的临床需求；★9、6种治疗探头，对应不同的治疗程序，满足不同的临床需求；准直式治疗探头规格：6mm、9mm、15mm；发散式治疗探头规格：15mm、20mm、25mm；★10、最大能流密度高达1.83mj/mm ² ，以达到治疗效果（可提供相关佐证文件）；★11、内置45种全身各部位的治疗处方，满足不同的临床需求；12、自定义处方可自由新增患者治疗处方并储存，满足不同的临床需求；13、计数功能:具有计数、显示和重置功能，便于记录治疗过程；★14、阶梯压力模式：50%-90%可调，步长10%，阶梯频率模式：50%-90%可调，步长10%；阶梯输出压力和频率有利于提高患者对冲击波治疗的适应性、降低治疗耐受性，治疗效果更好（可提供相关佐证文件）；★15、内置4种疼痛评估评价系统：动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情测量，可进行治疗前后的疼痛评估并自动弹出评估结果窗口；16、患者数据库管理，可存储10000个以上的患者信息，方便医师定期进行分析患者功能恢复情况和科研调查工作；17、治疗计数范围：0~9999次,0~10时，步长为1；10~100时，步长为10；100~9900时，步长为100；9000~9999时，步长为99，人性化设计，调控精准，满足不同的临床需求；18、默认冲击次数2000，默认冲击强度2.0Bar，默认冲击频率8Hz，默认治疗参数适配性高，能快捷便利的调整至具体需求的治疗参数；19、输出压力波的脉宽为300us，误差不超过±10%；20、有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大；★21、进口核心部件：原装进口空气压缩机，动力强，静音设计；进口SMC电磁阀，输出稳定性高；进口枪管、子弹体，进口部件可提供报关证明资料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：胆道镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	主要功能或目标：用于直视下观察胆管、肝管、处理结石病变。需满足的要求：1、≥40倍率放大新型目镜2、视野角：120度直视，大视角及其清晰明亮的光学系统,使光照度大大提高3、像纤无黑点4、分辨率≥4.26lp/mm5、观察景深：3mm-50mm6、弯曲度：上（U）≥160下（D）≥1307、尖端部：外径Φ≤4.9mm8、插入管：外径Φ≤5.0mm9、钳道管道：内径Φ≥2.2mm10、接口：兼容所有品牌的摄像系统11、有效长：≥380mm12、全防水：是。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：半导体激光治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	需满足的要求：技术参数1、名称：半导体激光治疗仪；2、激光媒介：GaAlAs-半导体；3、输出波长：主波长808nm±10nm辅助波长650nm±10nm；4、输出模式：连续或间歇；5、工作方式：双路输出，独立控制，非接触式，体表垂直照射；★6、激光器功率：①整机输出功率：面照射治疗头为：500mw×3（808激光）+5mw×80（650激光）=1900mw点照射治疗头为：500mw×1（808激光）+5mw×6（650激光）=530mw输出总功率为：2430mw；②最大功率：面照射治疗头：1000mw×3+10mw×80点照射治疗头：1000mw×1+10mw×6；③单个激光器最大输出功率500mw，调节范围20-500mw，步进1mw，显示值于工作激光实际输出允差为±20%；★7、照射面积：①面照射治疗头：24cm±0.2cm×14cm±0.2cm面照射最大面积：≥33600mm²；②点照治疗头：3.3cm±0.2cm，点照射最大面积：≥66mm²；★8、激光器数量：面照射治疗头激光管≥83个，点照射治疗头激光管≥7个；9、输出激光功率不稳定度st：优于±10%；10、输出激光功率复现性Rp：优于±10%；11、显示方式：彩色液晶显示屏中文菜单；12、操作：≥8英寸触摸屏可随意触摸操作；13、噪音：治疗仪噪音≤60dB(A)；14、控制系统：微电脑控制；15、气缸液压支架：全方位调节，全铝坚硬打造，高低升降，随推随用；16、折页角度：治疗头水平转动角度≤3300，俯仰角度≤1800；17、定时功能：1-90分钟触摸输入；18、电源：220V±22V50Hz；19、整机功耗：≤100VA；20、重量：≤32kg；21、软件名称：半导体激光治疗仪嵌入式组件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：智能疼痛治疗仪（微波治疗机） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	需满足的要求：1、单微波源,微波工作频率:2450MHz±30MHz，波长≥12.2CM；★2、输出功率：手术模式：0-150W，理疗模式0-50W；3、预置工作时间范围:0~30min或0~99s，预置为30min（最常用）时，其时间精度应为30min±1min；4、无溅射创面修复好，无空气污染；5、采用微电脑控制，PID调节及锁相，输出功率更稳定；6、产品配置2枚玻璃管式熔断器，规格为F2AL250V，外形尺寸为Ø5×20mm；★7、输出模式：连续波、脉冲波、集束波；★8、输出微波功率和治疗时间可预置并储存记忆；★9、手术、理疗、切割一体化，功能齐全，适合各临床科室需要；10、误操作报警：当操作发生错误时，治疗机发出报警声，并自动切断输出；11、过载保护:输出功率达到设置功率极限时，能自动切断输出，并发出报警信号；12、闭锁保护：当电源中断再恢复时，停止一切微波输出；★13、保护功能：具有闭锁保护、过载保护、误操作报警；14安全等级：符合国家医用电器3类标准；★注册证临床适应症：（1）丹毒、蜂窝织炎、乳腺炎的炎症吸收期、软组织扭伤恢复期、肌纤维织炎、棘间韧带损伤、肩关节周围炎、肱骨外上髁炎、术后伤口愈合迟缓、慢性溃疡、压疮、烧伤、冻伤。（2）高热疗法与放疗、化疗综合治疗适用于皮肤癌、甲状腺癌、颈淋巴结转移癌、食管癌、乳癌、宫颈癌、直肠癌。（3）组织凝固治疗适用于皮肤良性与恶性赘生物、鼻息肉、食管癌、胃溃疡出血、胃癌、直肠息肉、直肠癌、宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈癌。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：电针仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>需满足的要求：1、电源：内部电源DC9V；电源适配器（输入AC220V±22V、50Hz±1Hz、输出DC9V）；2、输入功率：≥10.0VA；3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波；4、输出脉冲路数：六路输出；5、最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下)；6、输出脉冲频率：1-100Hz可调，允差为±15%；工作模式：连续波工作模式：连续；断续波工作模式：工作15s，停5s；疏密波工作模式：疏波频率与密波频率之比是1:5，疏波工作5s，密波工作10s(断续波、疏密波时间允差为±15%)；7、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下)；8、输出直流分量：0；9、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能）；10、体积：345mm×225mm×94mm；11、重量：≥1.4kg。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

阿拉善左旗中医蒙医医院采购：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标:

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动

6. 有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;(或参与竞争的核心产品品牌不足3个)的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算;

(4) 因重大变故,采购任务取消;

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行

排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（阿拉善左旗中医蒙医医院采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（4）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 核心产品同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性

审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

6.汇总、排序

综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一资格性审查表：

合同包1（阿拉善左旗中医蒙医医院采购）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求1	投标人具有医疗器械经营许可证和医疗器械二类备案证明。（扫描件附于投标文件中，扫描件须清晰可辨，否则不予认可）
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

表二符合性审查表：

合同包1（阿拉善左旗中医蒙医医院采购）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。

投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

阿拉善左旗中医蒙医医院采购

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 70.0 分 商务部分 15.0 分 报价得分 15.0 分	
技术部分	技术参数要求 (30.0分)	投标产品技术偏离情况：完全满足招标文件技术指标、参数要求，能详细描述并提供产品图片，对招标文件各项指标偏离情况进行评分，完全满足得 30 分；每负偏离一项扣 3 分，扣完为止。设备标“★”为核心设备，其中标“★”参数为重要技术参数，有负偏离的属未实质性响应，作无效标处理。（扫描件附于响应文件中，扫描件须清晰可辨，否则不予认可）
	安装方案 (10.0分)	设备的安装方案切实可行，技术组织措施明确科学，安装组织机构设置合理，管理制度严格，安全安装调试和文明安装调试的保证措施科学合理的得（含） 10-7 分；设备的安装方案较为可行，具备一定的安全保障措施的得（含） 7-4 分；具备安全保障措施的得（含） 4-0 分。
	安装进度及进度保证措施 (10.0分)	设备安装的进度计划可行性好，进度计划满足采购需求，各设备安装的衔接性好，进度保证措施科学合理的得（含） 10-7 分；安装进度满足采购需求，具有一定的进度保障措施的得（含） 7-4 分；具备进度保障措施的得（含） 4-0 分。
	质量保证措施 (10.0分)	质量保证措施切实可行，措施的针对性强，科学合理，可行性强的得（含） 10-7 分；质量保证措施的可行性较好的得（含） 7-4 分；具备质量保证措施的得（含） 4-0 分。
	售后服务体系、售后承诺 (10.0分)	根据投标人的售后服务体系及承诺情况（提供完善的售后服务方案、承诺、保证措施）进行综合评审，优秀的得（含） 10-7 分，良好得（含） 7-4 分，一般得（含） 4-0 分。
商务部分	企业业绩 (12.0分)	投标人近年（ 2019 年至本项目开标前一日，以合同签订时间为准）有相关供货业绩，每提供一项得 3 分，本项最高得 12 分。须提供中标通知书或合同协议书，以附在投标文件中的扫描件为证。（扫描件附于投标文件中，扫描件须清晰可辨，否则不予认可）
	质保期 (3.0分)	在满足招标文件要求(1 年)的基础上每增加一年得 1 分，最多得 3 分。（须提供制造商或总代理商出具的承诺书，不提供者该项不得分）

投标报价	投标报价得分 (15.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
------	----------------	--

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求编制，且不少于以下内容。

格式一：

投标文件封面

(项目名称) 投标文件 (正本/副本)

项目编号：

包 号： 第 包（若项目分包时使用）

(投标人名称)

年 月 日

格式二：

投标文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、开标一览表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、投标人基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、投标人业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、内蒙古楷恩项目管理咨询有限公司：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2. 我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6. 我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人法人签字： (加盖公章)

年 月 日

格式四：

开标一览表

说明： 1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2. 价格应按照“投标人须知”的要求报价。

3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。

4. 《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：

年 月 日

格式五：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
-----------------------	-----------------------

授权委托人身份证扫描件	授权委托人身份证扫描件
正面	反面

____年____月____日

格式六：

投标保证金

投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式七：

投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

阿拉善左旗中医蒙医医院：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为

万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式十七：

分项报价明细表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十九：

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标人提供响应内容	偏离程度	备注
----	------	--------	-----------	------	----

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明：

1. 投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
3. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。
4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

1. 本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
2. 如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。
- 3.《公共资源交易信用承诺函》。

公共资源交易信用承诺函

我公司(本人)自愿参加本次交易活动(项目名称: , 项目编号:), 严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国物权法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关法律、法规规章和规范性文件, 同时郑重承诺:

在参加此次交易活动前3年内, 本公司及相关自然人在经营活动中无重大违法行为和失信被执行记录。如有不实, 愿承担一切经济和法律责任。
特此承诺。

投标人名称(签章):

法定代表人(签章):

年 月 日

注: 参与公共资源交易活动主体是自然人的, 只需本人签字捺印。