

疫情重点救治任务医院能力建设项目

公开招标文件

采购单位名称：额济纳旗人民医院

采购代理机构名称：内蒙古政采招标代理有限公司

项目编号：**EJNZCS-G-H-240004**

2024年03月22日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古政采招标代理有限公司受额济纳旗人民医院委托，采用公开招标方式组织采购疫情重点救治任务医院能力建设项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：疫情重点救治任务医院能力建设项目

项目编号：EJNZCS-G-H-240004

采购计划备案号：额财购备字（电子）[2024]00091号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	医疗设备1包	9	详见招标文件	3,880,000.00
2	医疗设备2包	5	详见招标文件	1,140,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（医疗设备1包）：

1)供应商若为经销商或代理商，如属三类需提供医疗器械经营许可证、如属二类需第二类医疗器械备案凭证；供应商若为生产厂商，须提供医疗器械生产许可证；

合同包2（医疗设备2包）：

1)供应商若为经销商或代理商，如属三类需提供医疗器械经营许可证、如属二类需第二类医疗器械备案凭证；供应商若为生产厂商，须提供医疗器械生产许可证；

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古政采招标代理有限公司

地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区开源北路2号电子商务产业园区一号楼四楼

联系人：董静

联系电话：15148859358

采购单位名称：额济纳旗人民医院

地址：内蒙古额济纳旗达来呼布镇

联系人：徐腾超

联系电话：18704839394

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共2包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（医疗设备1包）：综合评分法 包2（医疗设备2包）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。
15	投标保证金	医疗设备1包：保证金人民币：0.00元整。医疗设备2包：保证金人民币：0.00元整。

16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（医疗设备1包）:总价 合同包2（医疗设备2包）:总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失

败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指额济纳旗人民医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古政府采购代理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

医疗设备1包

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标商需提供2022年度或2023年度经审计的审计报告或近一年内基本户开户行出具的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商提供近一年内任意一个月企业员工缴纳社会保险资金的凭证及纳税证明（以税务机关出具的税收缴款书或银行扣税凭证为准）；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	供应商若为经销商或代理商，如属三类需提供医疗器械经营许可证、如属二类需第二类医疗器械备案凭证；供应商若为生产厂商，须提供医疗器械生产许可证；

医疗设备2包

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
---------------	-----------------------

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标商需提供 2022年度或2023年度 经审计的审计报告或近一年内基本户开户行出具的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商提供近一年内任意一个月企业员工缴纳社会保险资金的凭证及纳税证明（以税务机关出具的税收缴款书或银行扣税凭证为准）；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前 3年内 ，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前 3年内 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	供应商若为经销商或代理商，如属三类需提供医疗器械经营许可证、如属二类需第二类医疗器械备案凭证；供应商若为生产厂商，须提供医疗器械生产许可证；

3. 评标

详见第五章

4. 中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为**1**个工作日。

5. 中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七. 询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在**3**个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起**7**个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起**7**个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后**7**个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

疫情重点救治任务医院能力建设项目

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（医疗设备1包）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30日历天
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例40%，合同签订后货到验收合格后支付 2期：支付比例50%，设备正常运行3个月后支付 3期：支付比例10%，质保期一年内付清
验收要求	1期：质量标准要达到国家相关质量验收合格标准
履约保证金	不收取
其他	<p>技术参数佐证文件要求：技术参数佐证文件要求：供应商应在技术参数中标“▲”的技术指标参数进行详细说明，并配以产品技术佐证文件并加盖公章，在技术偏离表必须逐条列出，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如（技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在响应文件内的具体页码，未提供或未备注佐证文件页码的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求视同应答时缺项，按技术指标的负偏离</p> <p>其他要求：：采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商投标文件承诺事项的真实性，并以供应商投标文件为依据逐条核对产品参数，如任何一条不符，将无条件退货，且将该供应商视为提供虚假材料谋取中标。投标报价明显低于市场价时需提供证明材料：评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>质保期：质保期1年</p> <p>纸质文件要求：供应商中标后，必需向招标关于标书的说明关：投标人中标后，须于中标结果公告后提供与电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件3份(用于备案存档)。纸质投标文件要求由投标文件制作工具直接打印(内容必须完整)、装订后并加盖单位公章，如与电子版投标文件内容不一致所引起一切法律责任及不良后果，由投标人自行承担，并记入诚信档案。</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	面向对 象情况	所属行 业	招标技 术要求
1	△	医用内窥镜	高清电子内镜系统	套	1.00	3,100,000.00	3,100,000.00	否	其他未列明行业	详见附件一
2		病房护理及医院设备	内镜用送水装置	台	1.00	30,000.00	30,000.00	否	其他未列明行业	详见附件二
3		病房护理及医院设备	内镜用二氧化碳送气装置	台	1.00	70,000.00	70,000.00	否	其他未列明行业	详见附件三
4		手术器械	氩气高频电刀	台	1.00	350,000.00	350,000.00	否	其他未列明行业	详见附件四
5		医用内窥镜	高清内镜医学影像工作站	套	1.00	30,000.00	30,000.00	否	其他未列明行业	详见附件五
6		医用内窥镜	内镜清洗消毒设备	套	1.00	192,000.00	192,000.00	否	其他未列明行业	详见附件六
7		其他医疗设备	医用纯水机	台	1.00	65,000.00	65,000.00	否	其他未列明行业	详见附件七
8		医用内窥镜	软式双门内镜储存柜	台	1.00	40,000.00	40,000.00	否	其他未列明行业	详见附件八
9		医用内窥镜	内镜转运车	台	1.00	3,000.00	3,000.00	否	其他未列明行业	详见附件九

附表一：高清电子内镜系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		高清电子内镜系统技术参数
		项目明细： ★高清电子内镜图像处理器：1台 ★内镜专用高清液晶监视器：1台 ★内窥镜专用台车：1台 ★高清电子胃镜：2套 ★高清电子肠镜：2套 （一）电子图像处理器

- 1、整体设计理念：主机光源一体式设计，全数字化处理和全数字化输出的内窥镜电子影像系统；
- 2、特殊光模式：具备≥3种特殊光模式；
- 3、染色技术：具有光学染色和电子染色两种技术；
- 4、自动测光模式：平均测光/峰值测光/自动测光；
- 5、结构强调功能：≥4级；
- 6、图像放大功能：兼容内镜均具有2倍电子放大功能；
- 7、图像信号输出方式：高清数字接口DVI接口：≥2个（1920*1080P）；
- 8、图像冻结模式：实时冻结，≥3种冻结模式可选；
- 9、画中画功能：冻结图像与运动图像同时出现在画面上；
- 10、光源：LED光源≥3个；
- 11、光源寿命：≥14000小时；
- 12、外接USB输出；
- 13、内置存储器：≥2.5G；
- ▲14、兼容性：可兼容胃镜、肠镜、超声胃镜、经鼻内镜、十二指肠镜、支气管镜、气囊小肠镜、电子鼻咽喉镜等；

（二）内镜专用高清液晶监视器

- 1、高清医疗级显示器
- 2、分辨率：≥1920×1080；
- 3、尺寸：≥27英寸；
- 4、最大亮度：≥300cd/m²
- 5、视频信号输入接口类型：DVI（两组）、3G-SDI（两组）；
- 6、视频信号环通输出接口类型：DVI、3G-SDI；
- 7、双画面显示：支持双画面多信号同屏显示；支持数字信号（DVI, SDI等）与模拟信号（S-Video, VG A等）画中画显示；

（三）内窥镜专用台车

- 1、可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像；
- 2、可升降支架，可同时悬挂两根镜子；
- 3、可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作；
- 4、带锁定装置，保障设备稳定；

（四）高清电子胃镜

- 1、图像传感器：百万像素图像传感器、兼容HDTV全高清输出；像素数≥100万。
- 2、能够实现正常光观察与三种以上特殊光观察；
- 3、视野角度：0°(直视)；
- 4、视野范围：≥140°；
- 5、观察范围：≥2-100mm、最小观察距离2mm；
- 6、先端部直径：Φ≤9.2mm；
- 7、弯曲部直径：Φ≤9.3mm；
- 8、有效长度：≥1100mm；
- 9、全长：≥1350mm；
- 10、弯曲角度：上：≥210°、下：≥90°、左：≥100°、右：≥100°；
- 11、钳道直径：Φ≥2.8mm；

1

- 12、一键式插拔，无电器接点外露，避免腐蚀、生锈，降低维修率。
- 13、辅助送水功能：具有前射水功能，以方便治疗时冲洗创面；
- ▲14、需具备内镜粘膜下早期癌症识别技术，提高早癌检出率（提供相关学术文献资料）。
- （五）**高清电子肠镜技术参数**
- 1、图像传感器：百万像素图像传感器、兼容HDTV全高清输出；像素数≥100万。
 - 2、能够实现正常光观察与三种以上特殊光观察；
 - 3、视野角度：0°(直视)；
 - 4、视野范围：≥170°；
 - 5、观察范围：2-100mm，最小观察距离2mm；
 - 6、先端部直径：Φ≤13mm；
 - 7、弯曲部直径：Φ≤13mm；
 - 8、有效长度：≥1330mm；
 - 9、全长：≥1600mm；
 - 10、弯曲角度：上：≥180°、下：≥180°、左：≥160°、右：≥160°；
- ▲11、钳道直径：Φ≥3.8mm；
- 12、辅助送水功能：具有前射水功能，以方便治疗时冲洗创面；
- 13、无电器接点外露，避免腐蚀、生锈，降低维修率。
- ▲14、需具备内镜粘膜下早期癌症识别技术，提高早癌检出率（提供相关学术文献资料）。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：内镜用送水装置 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p style="text-align: center;">内镜用送水装置</p> <p>1.适用范围：应与带有射水功能的内窥镜配套使用，用于内腔冲洗时的送水。</p> <p>2.适用液体：无菌液体、蒸馏水。</p> <p>3.适用泵管内径：3.2mm、4.8mm(壁厚1.6mm)</p> <p>4.输出压强：340kPa(±5%)</p> <p>5.输出流量：0~300±30mL/min(3.2mm 内径泵管)0~600±60mL/min(4.8mm 内径泵管)</p> <p>6.定时时间：20s</p> <p>7.定时精度：±3s</p> <p>8.外形尺寸（长×宽×高）：376 mm×150 mm×243mm</p> <p>9.无缝兼容Olympus、Fujifilm、Pentax、等主流品牌内镜主机及国产内镜主机。</p> <p>10. 设备、耗材都需注水可实现随意切换，多元化切换功能满足临床不同手术需求。</p> <p>11. 精准定时，具备20s定时保护，避免忘记关闭仪器导致浪费情况。</p> <p>12. 十段档位设置，自动流量记忆。</p> <p>13. 电源式脚踏开关，方面操作，安全保护。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：内镜用二氧化碳送气装置 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

内窥镜用二氧化碳供气装置

- 1.使用范围：用于内窥镜诊断、治疗手术中向上、下消化道注入二氧化碳气体。
- 2.适用气体：医用高纯二氧化碳气体(CO₂)
- 3.输入CO₂气体额定压强范围：0.20MPa~0.82MPa
- 4.输入CO₂气体压强上限警告提示最大值：>0.82MPa
- 5.输入CO₂气体压强下限警告提示最小值：<0.20MPa
- 6.输出CO₂气体额定压强：45kPa±4kPa
- 7.输出CO₂气体流量下限警告提示最小值：0.5L/min±0.1L/min
- 1 ▲8.输出CO₂气体流量：0~9L/min±1L/min（气体流量大小可调）（提供佐证文件）。
- 9.输出CO₂气体额定流量精：±0.5L/min
- 10.输出CO₂气体温度范围：15℃~35℃
- 11.定时模式：5种(M1, M2, M3, M4, M5)
- ▲12.过滤性能：设备在感控安全性上具备超高CO₂过滤性能，0.5μm及以上微粒的滤除率大于90%（提供佐证文件）。
- 13.无缝兼容Olympus、Fujifilm、Pentax等主流品牌内镜主机及国产内镜主机。
- 14.对输出气体具有恒温加热功能，避免气体进入体内带来不舒服感。
- 15.防水脚踏、点控双联开关，智能化操作，方便控制二氧化碳气体容量。

1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：氩气高频电刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

氩气高频电刀

- 1、氩气高频电刀集切割、凝血、双极、AIC氩气技术为一体，工作频率： $416\pm 10\%$ KHz，最大输出功率300W。
- 2、全悬浮输出，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备， $\sim 220V$ 网电源供电。
- 3、具备单极切割功能：纯切、混切1、混切2、内镜切1、内镜切2等工作模式。（需提供技术白皮书）。
纯切： $\geq 350W$ (负载500 Ω)；
混切1： $\geq 250W$ (负载500 Ω)；
混切2： $\geq 200W$ (负载500 Ω)；
内镜切1： $\geq 350W$ (负载500 Ω)；
内镜切2： $\geq 200W$ (负载500 Ω)
- 4、具备单极凝血功能：喷凝、柔凝、氩气凝等工作模式。
喷凝： $\geq 120W$ (负载500 Ω)；
柔凝： $\geq 120W$ (负载500 Ω)；
氩气凝： $\geq 120W$ (负载500 Ω)；
- 5、具备双极功能：标准双极凝等模式。
双极电凝： $\geq 50W$ (负载100 Ω)；
- ▲6、整体模块化设计，采用 ≥ 10 寸彩色液晶触摸显示屏，声音触摸可调，屏幕亮度可调。（需提供技术白皮书）。
- 7、具备独立高频发生器通用内窥接口，可配合各品牌型号内窥镜进行治疗。
- 8、具备可调节高频脉切刀系统，具有 ≥ 6 种效果、 ≥ 10 种时间间隔可调，可用于ESD、EMR、ERCP、P
OEM和圈套器息肉切除等。
- 9、采用ENDO CUT内镜模式，提供安全的内镜下最佳凝血效果。
- 10、仪器液晶屏内置氩气压力表，可精准实时显示氩气工作状态。
- 11、具备20组输出模式存储程序，术中实时可调，使用时一键调取。
- 12、具备双路氩离子气流调控，调节精度0.1L/min，调节范围0~10L/min。
- 13、采用SMART INTERRUPT安全系统，全程监测喷嘴压力。当氩气管堵塞或扭结，会发出报警指示并切断氩气输出。氩气压力过低时，系统会发出报警。
- 14、具备专用病人回路电极板接触质量检测系统，可实时检测电极板贴敷效果。
- 15、具备无烟切割模式，视野更清晰，提高手术安全性和高效性。
- 16、本机具有断电保护电路功能，能实时记忆使用各功能的输出设定值。
- ▲17、具备双极超刀系统，可升级成为内镜全科系统水刀。（需提供技术白皮书）
- ▲18、真人语音报警提示功能，输出音量可调，远程故障诊断系统。（需提供技术白皮书）
- 19、运行环境
环境温度范围： $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ；
相对湿度范围： $\leq 80\%$ ；
大气压力范围： $86.0\sim 106.0\text{kPa}$ ；
电源： $220V\pm 22V$ ， $50\text{Hz}\pm 1\text{Hz}$ 。

1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：高清内镜医学影像工作站 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p style="text-align: center;">高清内镜工作站招标参数</p> <p>一：硬件配置</p> <p>1.电脑，要求原装品牌商用电脑，4G内存，1000G硬盘，21.5寸屏，PCI-E插槽，带九针com口</p> <p>2.打印机，原装外置彩色喷墨打印机</p> <p>3.软件套装：加密狗，高清数据线，高清采集卡（1080P*1920p），脚踏开关。</p> <p>二：软件参数</p> <p>1操作界面</p> <p>（1）▲系统基于WINDOWS平台，全中文操作；</p> <p>（2）无菜单式逻辑设计，全图标化操作界面，易学易用；</p> <p>（3）病人信息、病人列表、书写报告、动态图像、采集图像，五项功能模块在同一操作界面，无需切换，医生可以边写报告边看图像；</p> <p>2权限管理</p> <p>（1）规范的用户权限管理，方便自如的角色切换；</p> <p>（2）分为管理者和普通用户，管理员用户可以对所有病人资料进行系统管理，普通用户仅可以对自身建立的病人资料进行编辑管理，不能修改、删除其他用户建立的病人信息资料。而病例资料的浏览功能不受角色限制；此功能让用户尽享数据安全；</p> <p>3.后台处理</p> <p>（1）全新的分组式后台采集功能模式，支持先采集，后登记，采集的图像可以指定给任何病人；</p> <p>（2）后台批量打印功能，一次性集中打印当天检查或医生特定需要的某一批次所有报告</p> <p>4.报告设计</p> <p>（1）全模式任意报告样式的报告编辑器，输出病人报告单的格式医生可根据临床习惯直接进行个性化设计，包括线、字段、图片、位置、大小、颜色任意设计；</p> <p>（2）自动生成彩色图文一体化的诊断报告单；</p> <p>（3）可以自定义默认打印报表类型或自由选择打印报表类型</p> <p>（4）可选择WORD报告模式，编辑更方便、简单。</p> <p>5.模版病例</p> <p>（1）具备规范的开放性专家系统词库和报告模板，模板囊括了常用检查病例，并有下拉词条选择功能，使医生几乎无需使用汉字输入方法，即可在系统词库和模板的帮助下，迅速完成诊断报告。专家词库和模板可根据临床习惯随时进行修改和补充；</p> <p>（2）模板和词库结构均采用流行的树形目录方式，使医生选择报告模板更加快捷方便；</p> <p>（3）支持典型病例建立功能；</p> <p>6.图像采集</p> <p>（1）实时跟踪高清内窥镜设备的图像，模糊触发式采集方式，医生可以通过鼠标点击实时图像的任意区域进行单张图像的采集，无需瞄准采集按钮，方便医生操作；</p> <p>（2）支持通过手动或脚踏采集开关进行遥控采集；</p> <p>（3）独特自动发声确认采图成功，而无需外接音箱设备；</p> <p>（4）图像采集幅数不受限制；</p> <p>（5）支持DVI、HDMI、HD-SDI、VGA等多种高清信号格式</p> <p>7.图像显示</p>

(1) 动态调节图像亮度、对比度、色度、饱和度和锐度，支持动态影像的全屏显示功能，让医生观看图像更加方便，全屏显示亦可采集图像。

(2) ▲医生可以根据需要调节动态影像的输出显示大小（最高可达1920*1200P）。

(3) 系统可以对已经采集的图像进行同屏显示，并且医生可以根据需要对图像先后位置自由调换。

8.图像质量

(1) 采用高清专用的图像采集卡，集成高性能图形处理芯片；

(2) 采用DirectX 先进处理技术，确保采集到的图像高清晰、逼真；

9.图像处理

提供图像长度、角度、面积的测量，图像亮度、对比度、饱和度、文字标注、放大、剪裁、镜像、旋转、浮雕、雾化、伪彩、黑白显示、负向等丰富的图像后处理功能

10.图像裁剪

医生可以根据需要对图像区域无效图像信息进行裁剪，使报告图像更美观的同时，更能节省打印的成本；

11.录像管理

(1) 采用软件技术压缩方式，系统录像可以支持多种压缩格式，医生可以根据需要选择录像的输出大小，压缩的质量；

(2) ▲同一个病人可以分段、多段录取动态影像，每一段录像的时间没有限制（根据计算机的存储空间而定），并可对播放录像进行二次回采。

(3) 录像管理中，可以播放、删除录像，并设置了录像的存储路径，医生可以直接找到录像的源文件，方便拷贝。

12.检索功能

20多种项目组合查询，可多条件的进行数据过滤，方便医生精确锁定查询结果，诊断内容和结论的模糊查询，便于医生对资料的归纳和总结

13.备份功能

(1) 数据库的人工智能备份：采用 I E 浏览格式，无须依赖软件环境，可在任意电脑上同时显示图像信息和病人资料，可以制作成幻灯片，进行医学讲座和交流；

(2) 支持WORD备份图文报告（需采用WORD报告打印功能）；

(3) 支持图片报告备份功能，方便医生保存图文一体化报告；

14.统计功能

提供日常统计模块，对选择相应时间段内的医生工作量统计，送检医生工作量统计，诊断医生检查项目分类统计，病人性别统计，病人年龄统计，病区工作量统计，设备工作量统计，科室工作量统计等，方便科室日常管理；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：内镜清洗消毒设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		内镜清洗消毒设备技术参数
		1.清洗槽 数量：8套
		1.材质：采用高分子复合材料（ABS+ PMMA）一次性热合吸塑成型，原料厚度8mm，耐酸碱、易清

洗、不变色、安全无毒。

2.形状：采用前高后低大圆弧防泛水设计，前端设计有半径100mm的大圆弧，前端高于后端4cm，防止溅出液体流入设备内部。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，减少内镜与槽体的接触面积。

3.尺寸：

3.1槽外尺寸：

小方槽规格：长500mm×宽730mm×深260mm

3.2槽内尺寸：

小方槽规格：长410mm×宽470mm×深200mm

2.干燥台

数量：2套

1.材质：采用高分子复合材料（ABS+ PMMA）一次性热合吸塑成型，原料厚度8mm，耐酸碱、易清洗、不变色、安全无毒。

2.形状：采用前高后低大圆弧防泛水设计，前端设计有半径100mm的大圆弧，前端高于后端4cm，防止溅出液体流入设备内部。台面设计半径圆形凸起，减少内镜与台面接触面积。

。

3.尺寸：长根据现场场地定制×宽730mm。

3.功能背板

数量：与槽同尺

1.材质：采用高分子复合材料（ABS+ PMMA）一次性热合吸塑成型，原料厚度8mm，耐酸碱、易清洗、不变色、安全无毒。

2.形状：采用倾斜式造型，符合人体视觉角度。

3.尺寸：背板高度855mm，设备总体高度1670mm。

4.柜体

数量：与槽同尺

▲1.柜体形状：分段式柜体，柜体底部离地高度70mm，造型采用倾斜式设计，柜体底部向内缩进85mm。

2.支架材质：选用SUS304不锈钢，厚度1mm，高度700mm。

3.柜门材质：彩色钢化玻璃(颜色可选)，耐腐蚀、易清洁，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，柜门由阻尼铰链实现自动闭合。

4.底板材质：柜体底板采用PVC材质。

▲5.电脑控制系统

数量：4套

1.采用“蓝底白字”彩色液晶屏，电容式防水触摸按键，中文显示注液注气、单一注气、酒精灌流、消毒液提醒、测漏、排消毒液、酶液配比，上述功能可根据客户要求提供。

2.系统包含时间计时器，可设置作业时间（1~99分），误差±0.5%，工作时注液、注气，脉冲、自动转换一次完成，工作结束有声音提示。

6.管道灌注器

数量：8套

1.主要由灌注主机和快插接头组成。

2.灌注主机为隐藏式，注液注气系统分离，压力0.42MPa，循环水量3.0L/min。

3.注气压力可调。

4.消毒液灌注为循环式，采用150目高精度SUS304不锈钢过滤网，过滤杂质，防止内镜管道堵塞。
水灌注为一次性用水。

7.浸泡槽盖

数量：2个

1.透明亚克力材质，并配有一体化手柄。

8.医用空压机

数量：1台

1.无油活塞式设计，电压：220V，功率：0.6KVA，压力可在0.2Mpa-0.8Mpa之间调节，储气量30L，噪音≤60dB，配置空气过滤减压装置。

9.中心气体处理器

数量：1套

1.无源型，可调范围0.15~0.6MPa，具备自动调节气压、自动过滤水分功能，另设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）。

10.供气管路

数量：1套

1.采用品牌气动部件，承压强，寿命长，外径8mm，内径5.5mm，耐压≥15kg。

11.高压水枪

数量：2把

1.材质：SUS304不锈钢。可配备八个螺旋式清洗喷嘴。

2.功能：对内镜及手术器械进行冲洗，耐受压力0~0.7MPa。

12.高压气枪

数量：4把

1.材质：SUS304不锈钢。可配备八个螺旋式清洗喷嘴。

2.功能：对内镜及手术器械进行冲洗，耐受压力0~0.7MPa。

13.供水管路

数量：1套

1. 采用PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T18742.2-2002要求，耐热、耐压、无毒，采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，防止发生渗漏。

14.排水管路

数量：1套

1.采用PVC-U排水管材和管件，符合GB/T8804.2-2003要求，耐热、耐压、无毒，采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，防止发生渗漏。

15.水处理器

数量：1套

1.前置水过滤装置，过滤精度0.2μm，可更换滤芯。

▲16.空气过滤器

数量：1套

1.对压缩空气进行过滤，过滤精度0.01μm，可更换滤芯。

17.水龙头

数量：4套

1.材质为SUS304不锈钢，采用品牌陶瓷阀芯和起泡器，冷热水开关独立控制，可360°旋转，流量≥0

.2L/s。镀层按GB/T10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求。

18.纱布盒

数量：2个

1.不锈钢材质，黑色烤漆。可放置10cm×10cm纱布块不少于20块。

19.射灯

数量：8套

1.置于背板顶部，电源线及灯不外漏，采用知名品牌LED灯。

▲20.消毒液排放系统

数量：2套

1.液晶屏控制，电压12V，电动开关控制消毒液排放。

21.中心控制电源

数量：1套

1.功率：1500W，将220V电压转换成12V安全电压。

22.电路系统

数量：1套

1.使用220V民用电，进电处有保险丝。

23.酒精灌注系统

数量：2套

1.使酒精自动灌注内镜的内管道，符合WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范中6.2.7中b)的要求。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：医用纯水机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		<p style="text-align: center;">纯水机</p> <p>数量：1台</p> <p>1、产水量≥150L/h/套（25℃），水利用率≥70%，进水水压：0.2-0.35MPa。 适用水源：<300US/CM、进水水温：4°-45°、进水水压：0.03~0.06Mpa。 外尺寸：长655×宽400×高1295mm。</p> <p>2、主要由预处理系统、反渗透系统、后置处理系统、UV杀菌系统、除菌滤芯、纯水供水系统组成。</p> <p>3、产水水质要求</p> <p>▲3.1符合WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范,细菌总数：≤10CFU/100mL。</p> <p>4、设备主要性能</p> <p>4.1全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管。</p> <p>1 4.2预处理系统具备自动反冲洗、再生功能。</p> <p>4.3反渗透主机的自动清洗保养功能，具有自动脉冲冲洗功能。</p> <p>4.4具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置。</p> <p>4.5智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全。</p> <p>4.6纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水。</p> <p>4.7多功能监测可实现流量、压力、工作状态等在线显示。</p> <p>5、预处理系统</p> <p>5.1预处理系统由保安过滤器组成。</p> <p>6、反渗透系统</p> <p>6.1处理方式：双级反渗透。</p> <p>6.2高压水泵流量≥ 1.0 m³/h、扬程≥20m。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表八：软式双门内镜储存柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		<p style="text-align: center;">紫外线杀菌存放柜（双门软镜）</p> <p>数量：1台</p> <p>1.电源电压：220V 50Hz。</p> <p>2.功率：240W。</p> <p>3.干燥时间：0~99min（可调）。</p> <p>4.杀菌时间：0~99min（可调）。</p> <p>5.外型尺寸：1220×530×2145mm、内胆尺寸：460×385×1900mm。</p> <p>6.消毒方式：上送下排紫外线循环风消毒系统。</p> <p>7.控制系统：液晶中文显示温、湿度等工作状态，工作结束有声音提示功能。</p> <p>1 ▲8.预约功能：可提前预设置工作时间点（可设置10个时间点），设备可以在预设的时间点进行无人自动启动，并且按照设定的工作状态自动工作、自动结束。一次设定后可以做长期留存记忆。使操作更简便。</p> <p>9.储存记忆程序：设备、紫外线灯管工作时间，在液晶屏上有时间显示。</p> <p>10.机壳工艺：机壳外部为钢塑材料，柜门装有大尺寸玻璃窗，可直接柜内工作状态。</p> <p>11.内胆工艺：内胆采用PMMA材料吸塑成型，易清洁，耐酸碱、耐腐蚀。</p> <p>12.储镜数量：8条软式内镜。</p> <p>13.内镜挂把：独立开模悬挂系统，垂直式存放，可升降固定架，适用不同尺寸内镜。完全符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》中6.5.1“内镜干燥后应储存于内镜与附件储存库(柜)内，镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位，并将取下的各类按钮和阀门单独储存。”的规定。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九：内镜转运车 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p style="text-align: center;">内镜转运车</p> <p>数量：1台</p> <p>1.材质：车体使用全钢质结构，表面喷塑处理，两层盘式装载，万向脚轮。</p> <p>2.尺寸：</p> <p style="padding-left: 20px;">外尺寸：长900mm×宽530mm×高1000mm</p> <p style="padding-left: 20px;">托盘外尺：长605mm×宽435mm×高85mm</p> <p style="padding-left: 20px;">托盘内尺：长550mm×宽380mm×高80mm</p> <p style="padding-left: 20px;">底层托盘离地高度：345mm</p> <p style="padding-left: 20px;">托盘间距：310mm</p> <p>备注：技术参数佐证文件要求：供应商应在技术参数中标“▲”的技术指标参数进行详细说明，并配以产品 技术佐证文件并加盖公章，在技术偏离表必须逐条列出，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（技术白皮书/产品印刷 版彩页/产品检验报告/说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离 表内备注佐证文件在响应文件内的具体页码，未提供或未备注佐证文件页码的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求视同应答时缺项，按技术指标的负偏离。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包2（医疗设备2包）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30日历天
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例40%，合同签订后货到验收合格后支付 2期：支付比例50%，设备正常运行后支付 3期：支付比例10%，质保期一年内付清
验收要求	1期：质量标准要达到国家相关质量验收合格标准
履约保证金	不收取
其他	<p>技术参数佐证文件要求：技术参数佐证文件要求：供应商应在技术参数中标“▲”的技术指标参数进行详细说明，并配以产品技术佐证文件并加盖公章，在技术偏离表必须逐条列出，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如（技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在响应文件内的具体页码，未提供或未备注佐证文件页码的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求视同应答时缺项，按技术指标的负偏离</p> <p>其他要求：：采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商投标文件承诺事项的真实性，并以供应商投标文件为依据逐条核对产品参数，如任何一条不符，将无条件退货，且将该供应商视为提供虚假材料谋取中标。投标报价明显低于市场价时需提供证明材料：评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>质保期：质保期1年</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属行 业	招标技 术要求
1		急救和生命支持设备	新生儿呼吸机	台	1.00	250,000.00	250,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2		医用电子生理参数检测仪器设备	新生儿专用监护仪	台	1.00	150,000.00	150,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3	△	急救和生命支持设备	新生儿转运暖箱（院外）	台	1.00	180,000.00	180,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三

4	急救和生命支持设备	超声机	台	1.00	500,000.00	500,000.00	否	其他未列明行业	详见附表四
5	医用电子生理参数检测仪器设备	干湿免疫荧光分析仪	台	1.00	60,000.00	60,000.00	否	其他未列明行业	详见附表五

附表一：新生儿呼吸机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

新生儿呼吸机参数

- 1.▲≥8英寸TFT液晶显示屏，触控屏。
- 2.监测参数：压力（气道压力/呼末正压、平均压、气道峰压）、氧浓度、自主呼吸频率、吸呼比、呼气时间、流量。
- 3.图形显示：压力—时间波形、流量柱状图显示流量。
- 4.参数设置范围：
 - 3.1 ▲吸气压力：3-20cmH₂O
 - 3.2 呼末正压PEEP：1-13 cmH₂O
 - 3.3 窒息唤醒压力：3-20cmH₂O
 - 3.4 窒息间隔：OFF，1s-30s
 - 3.5 吸气时间：0.1-15s
 - 3.6 呼吸频率：1-120bpm
 - 3.7 手动通气持续时间：1s-15s
 - 3.8 快氧通气持续时间：30s-120s
- 5.参数监测范围：
 - 4.1 气道压力：-10 cmH₂O - 100 cmH₂O
 - 4.2 自主呼吸频率：0-200bpm
 - 1 4.3 流量：0-40L/min
 - 4.4 呼气时间：0.4s-30s
 - 4.5 吸呼比：1:1-1:10
- 6.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%。
- 7.可兼容四种以上类型的压力发生器。
- 8.应具有NIPPV经鼻间歇正压通气模式。
- 9.▲在NCPAP具有呼吸频率监测功能，并能显示自主呼吸频率。
- 10.▲应具有HFNC高流量氧疗通气模式，此模式下具有压力监测功能。
- 11.应具有快氧通气模式。
- 12.应具有手动通气模式。
- 13.应具有压力泄露补偿功能。
- 14.具有氧浓度自动校准功能。
- 15.具有开机自检功能，自检信息图形指示功能，能直观指示自检状态。
- 16.具有趋势图和趋势表存储功能，报警日记可存储2000条，并能掉电保存及报警回顾。
- 17.配置内置加热丝式重复使用呼吸管路，呼吸管路可高温高压消毒。
- 18.具有USB接口、RS232接口、网络接口、外部12-24V直流电源输入接口。
- 19.内置大容量锂电池，充满可使用≥4小时。
- 20.报警：具有手动/自动设置压力和氧浓度报警限功能。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：新生儿专用监护仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

新生儿监护仪招标参数

一、基本要求

- 1、要求投标产品通过SFDA、CE认证。
- 2、固定式提手，便于携带。
- 3、≥8英寸LED背光液晶屏，标配触摸屏。
- 4、具有两个独立的报警灯，生理、技术报警灯分开显示，直观判断报警类型。
- 5、具有VGA接口，可外接显示器。

二、监测参数

- 1、不能有成人和小儿测量模式，充分保证测量安全。
- 2、支持3/5导联心电图监测，可自动识别导联类型。
- 3、具有ECG波形级联显示功能。
- 4、配置新生儿专用夹式心电导联线、新生儿专用电极片。
- 5、SPO2测量范围：1%~100%；在70%~100%范围内，为±3%（非运动状态和运动状态）。
- 6、支持PI灌注指数显示，有效反映外周血管灌注情况。
- 7、NIBP静态压力测量范围：0~150mmHg，精度±3mmHg。
- 8、NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性。
- 9、配置1-4号四种规格大小的新生儿专用血压袖套，医护人员可根据患者情况灵活选择合适的大小。

三、系统功能

- 1、▲支持手写输入功能。
- 2、▲显示屏亮度1-100百级调节。
- 3、具备大字体界面，呼吸氧合图界面，趋势共存界面，它床观察界面及标准界面等多种显示界面。
- 4、支持不少于150小时趋势数据、200次参数报警事件、2000组NIBP测量数据、48小时波形全息回顾。
- 5、支持不少于2000组窒息唤醒数据回顾。
- 6、具有夜间避免打扰患者休息的夜间模式。
- 7、支持按键背光灯，方便夜间操作。
- 8、内置通讯接口，支持连接中央监护系统。

1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：新生儿转运暖箱（院外） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

新生儿转运暖箱参数

产品具备：

- 1.具有箱温和肤温两种温度控制模式；
- 2.交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源；
- 3.设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示；
- 4.独立的超温保护系统；
- 5.产品具有自检功能，多种故障报警提示；
- 6.具有交流、直流和蓄电池三种供电模式；
- 7.采用进口有机玻璃；
- 8.双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出；
- 9.推车具有高度调节、减震、锁定功能；
- 10.前面板具有温度校正功能；
- 11.具有肤温传感器脱落报警提示功能；
- 12.具有正门独立锁定装置；
- 13.具有供氧装置；
- 14.具有LED照明灯；
- 15.具有救护车型手推车配置。

1

基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、照明灯、输液架），手推车，供氧系统。

主要技术参数：

- 1.交流工作电源：AC220V/ 50HZ
- 2.直流工作电源：DC12V/10A或DC24V/6A
- 3.输入功率：≤400VA
- 4.控温方式：箱温和肤温两种温度控制
- 5.箱温控制范围：25℃~37℃（选配>37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃。）
- 6.肤温控制范围：34℃~37℃（选配>37℃温度跨越模式设置时，可以设置到37.5℃。）
- 7.升温时间：≤30min
- 8.培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃
- 9.平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃（环境温度为10℃~20℃）
≤±1.0℃（环境温度为20℃~30℃）
- 10.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃
- 11.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内
- 12.婴儿舱内噪声：≤52dB（A）[环境噪音在45dB（A）以下]
- 13.故障报警：断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统报警等。
- 14.蓄电池连续工作时间：90min(1个蓄电池)

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：超声机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

超声机技术参数

一、用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经

、肌骨、颅脑及其它。

二、主要技术规格及系统概述：

1. 主机系统性能
2. 便携彩超主机
3. ▲≥15.3”超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器
4. 主机重量≤6.2 kg（不含电池）
5. ▲主机内置探头接口2个，大小一致，全激活，互通互用。
6. 数字波束形成器
7. 多倍信号并行处理技术
8. 数字化全程动态聚焦
9. 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit
10. 接收方式：发射、接收通道≥1024
11. 二维灰阶成像单元
12. 谐波成像单元
13. M型成像单元
14. 彩色多普勒成像单元
15. 频谱多普勒成像单元
16. ▲空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合
17. 具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式。
18. 二维角度独立偏转成像，≥5级可调。
19. 斑点噪音抑制，多级可调。
20. 一键自动优化，支持二维、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、方向能量多普勒及频谱多普勒成像模式。
21. 扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式。
22. 图像放大功能，支持前端放大、后端放大。
23. 支持一键全屏放大
24. 多语言操作界面：支持中文键盘输入
25. 支持穿刺引导功能，具备单线引导和双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度。
26. 图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示。
27. 探头规格
28. 超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调。
29. 探头配置：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等探头。
30. 腹部凸阵探头，探头频率：1.5-6.5MHz
31. 浅表线阵探头，探头频率：5.0-15.0MHz
32. 二维灰阶参数
33. 最大显示深度≥38cm
34. 发射声束聚焦：聚焦区域多级可调
35. ▲二维增益调节范围≥200 dB
36. ▲动态范围≥260 dB，可视可调
37. 物理滑动TGC分段调节≥8段，具有 TGC 曲线显示
38. 伪彩≥12种

39. 声功率**1-100%**，可视可调
40. 彩色多普勒参数
41. 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
42. 多普勒增益**≥200dB**
43. 彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能
44. 频谱多普勒参数
45. 方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）
46. 取样宽度及位置范围：多级可调。
47. 显示控制：反转显示（左/右；上/下）
48. 频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数。
49. 系统通用技术规格
50. 内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间**>1.3**小时。
51. 主机内置USB接口**≥2**个
52. 主机内置HDMI、S-VIDEO等接口
53. 配置专用台车
54. 测量和分析
55. 常规测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等
56. 腹部测量软件包
57. 妇科测量软件包
58. 产科测量软件包：具有**≥4**胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等
59. 心脏测量软件包
60. 泌尿测量软件包
61. 小器官测量软件包
62. 儿科测量软件包
63. 血管测量软件包
64. 图像存储，回放和浏览
65. 同屏一体化智能剪切板
66. 支持快速存储和浏览屏幕图像、电影
67. 存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息
68. 主机内置报告系统
69. 图文工作站
70. 系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息
71. 支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览。
72. 支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备。
73. 支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：干湿免疫荧光分析仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

干式荧光免疫分析仪

设备名称：干式荧光免疫分析仪

1.检测原理：干式荧光免疫法

2.检测通道：12通道

3.样本类型：全血、血清、血浆、尿液、其他等。

4.检测速度：单次检测耗时<10秒

5.检测方式：支持一卡多项

6.可同时检测同一厂家项目：胃泌素17、胃蛋白酶原I/胃蛋白酶原II、幽门螺杆菌（HP）分型等。

7.试剂卡条码：一维码、二维码（以用户最终选择为主）。

8.台间差：Bis%≤5%（系列标准卡）

1 9.检测性能：重复性CV≤10% 稳定性≤±8%

10.操作简单：自动检测，自动弃卡；无需特殊技能的操作人员。

11.结果传输：自带 Windows 环境下测试控制管理软件，内置热敏打印机及支持外置打印设备连接，支持LIS连接传送测试结果及数据导出。

12.适用试剂：常温储存，单人份包装，随拆随用。

备注：技术参数佐证文件要求：供应商应在技术参数中标“▲”的技术指标参数进行详细说明，并配以产品 技术佐证文件并加盖公章，在技术偏离表必须逐条列出，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（技术白皮书/产品印刷 版彩页/产品检验报告/说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离 表内备注佐证文件在响应文件内的具体页码，未提供或未备注佐证文件页码的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求视同应答时缺项，按技术指标的负偏离。

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（医疗设备1包）：综合评分法

包2（医疗设备2包）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（医疗设备1包）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（医疗设备2包）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5 投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1. 符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

医疗设备1包

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

医疗设备2包

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应

当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

医疗设备1包

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分53.0分 商务部分17.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数 (20.0分)	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。对招标文件要求的技术性能、参数等满足程度进行评审，带“▲”的为重要项，其他为普通项。①、带“▲”参数有负偏离或有缺项的，每有一项扣3分；②、非带“▲”参数有负偏离或有缺项的每项参数扣1分，满分20分，扣完为止。③、正偏离不加分。④、带“▲”参数，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（中华人民共和国医疗器械注册证/技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值，并在技术参数偏离表内备注佐证文件在投标文件内的具体页码，佐证文件需要加盖生产制造商公章，未提供及未备注佐证文件页码的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求，视同应答时缺项，按技术指标的负偏离计算。
	供货方案 (9.0分)	①、根据货物发运计划的合理性、完整性进行评审，包括运输（0-1分）、包装（0-1分）、装卸（0-1分）、就位措施（0-1分），本小项满分为4分；②、安装方案内容合理、完整、详细且针对性强的得1.1-2分，内容有缺漏、不够完善、不够合理、较差的得0-1分；本小项满分为3分；③、调试方案内容合理、完整、详细且针对性强的得1.1-2分，内容有缺漏、不够完善、不够合理、较差的得0-1分；本小项满分为2分。
	产品质量 (8.0分)	根据投标产品整体质量状况、产品检验报告、产品技术资料、配套软件技术资料提供情况。①、资料齐全，得5-8分②、资料无或不全，得0-4分。

	售后服务 (6.0分)	<p>①、售后服务保障措施详细、完善、满足用户要求得2分，内容不够合理、有缺漏、不够完善、较差的得0-1分；</p> <p>②、售后服务响应时间、服务专线合理、满足用户要求得2分，内容不够合理、有缺漏、不够完善、较差的得0-1分；</p> <p>③、售后服务解决方案及时间合理、满足用户要求得2分，内容不够合理、有缺漏、不够完善、较差的得0-1分；</p> <p>本项满分为6分。</p> <p>④、未提供方案或提供方案与项目完全不符不得分。</p>
	培训方案 (10.0分)	<p>供应商应针对本项目实际特点制定相关的培训方案（包括但不限于培训的频次、培训的人员安排）：</p> <p>①、培训方案及培训提纲明确、详细且合理，包含培训内容（0-2分）、培训流程（0-2分）、培训时间和地点（0-2分）、培训场次（0-2分）、培训人员安排（0-2分），本项满分为10分。</p> <p>②、注：未提供培训方案的此项不得分。</p>
商务部分	厂家授权书 (3.0分)	提供包内核心产品生产厂家为投标企业出具的针对包含招标单位在内销售其投标产品真实有效的授权证明文件，满分3分，没有不得分。
	核心产品生产厂家售后服务承诺书 (10.0分)	<p>核心产品售后服务承诺书生产厂家需结合项目的实际特点来制定本项目的售后服务承诺书，内容包括保修维修、运输安装、维修响应、配件服务、产品质量承诺、质量保证措施、人员培训、维修分支机构等内容。（需加盖生产厂家公章）</p> <p>①、根据生产厂家售后服务承诺书的合理性、完整性进行评审，包括保修维修（0-1.5分）、运输安装（0-1分）、维修响应（0-1.5分）、配件服务（0-1.5分）、产品质量承诺（0-1.5分）、质量保证措施（0-1.5分）、人员培训及维修分支机构（0-1.5分）本项满分为10分。</p> <p>②、无生产厂家公章不得分。</p>
	管理体系 (4.0分)	<p>①、投标企业具有健全完善的管理体系，各项管理制度健全，最高得3-4分；</p> <p>②、管理体系一般，各项管理制度不完善得2-1分；</p> <p>③、不提供不得分。</p>
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	<p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值</p> <p>【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

医疗设备2包

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分53.0分 商务部分17.0分 报价得分30.0分

技术部分	技术参数 (20.0分)	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。对招标文件要求的技术性能、参数等满足程度进行评审，带“▲”的为重要项，其他为普通项。①、带“▲”参数有负偏离或有缺项的，每有一项扣3分；②、非带“▲”参数有负偏离或有缺项的每项参数扣1分，满分20分，扣完为止。③、正偏离不加分。④、带“▲”参数，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（中华人民共和国医疗器械注册证/技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值，并在技术参数偏离表内备注佐证文件在投标文件内的具体页码，佐证文件需要加盖生产制造商公章，未提供及未备注佐证文件页码的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求，视同应答时缺项，按技术指标的负偏离计算。</p>
	供货方案 (9.0分)	<p>①、根据货物发运计划的合理性、完整性进行评审，包括运输（0-1分）、包装（0-1分）、装卸（0-1分）、就位措施（0-1分），本小项满分为4分；②、安装方案内容合理、完整、详细且针对性强的得1.1-2分，内容有缺漏、不够完善、不够合理、较差的得0-1分；本小项满分为3分；③、调试方案内容合理、完整、详细且针对性强的得1.1-2分，内容有缺漏、不够完善、不够合理、较差的得0-1分；本小项满分为2分。</p>
	产品质量 (8.0分)	<p>根据投标产品整体质量状况、产品检验报告、产品技术资料、配套软件技术资料提供情况。①、资料齐全，得5-8分②、资料无或不全，得0-4分。</p>
	售后服务 (6.0分)	<p>①、售后服务保障措施详细、完善、满足用户要求得2分，内容不够合理、有缺漏、不够完善、较差的得0-1分；②、售后服务响应时间、服务专线合理、满足用户要求得2分，内容不够合理、有缺漏、不够完善、较差的得0-1分；③、售后服务解决方案及时间合理、满足用户要求得2分，内容不够合理、有缺漏、不够完善、较差的得0-1分；本项满分为6分。④、未提供方案或提供方案与项目完全不符不得分。</p>
	培训方案 (10.0分)	<p>供应商应针对本项目实际特点制定相关的培训方案（包括但不限于培训的频次、培训的人员安排）：①、培训方案及培训提纲明确、详细且合理，包含培训内容（0-2分）、培训流程（0-2分）、培训时间和地点（0-2分）、培训场次（0-2分）、培训人员安排（0-2分），本项满分为10分。②、注：未提供培训方案的此项不得分。</p>
	厂家授权书 (3.0分)	<p>提供包内核心产品生产厂家为投标企业出具的针对包含招标单位在内销售其投标产品真实有效的授权证明文件，满分3分，没有不得分。</p>

商务部分	核心产品生产厂家售后服务承诺书 (10.0分)	核心产品售后服务承诺书生产厂家需结合项目的实际特点来制定本项目的售后服务承诺书，内容包括保修维修、运输安装、维修响应、配件服务、产品质量承诺、质量保证措施、人员培训、维修分支机构等内容。（需加盖生产厂家公章） ①、根据生产厂家售后服务承诺书的合理性、完整性进行评审，包括保修维修（0-1.5分）、运输安装（0-1分）、维修响应（0-1.5分）、配件服务（0-1.5分）、产品质量承诺（0-1.5分）、质量保证措施（0-1.5分）、人员培训及维修分支机构（0-1.5分）本项满分为10分。 ②、无生产厂家公章不得分。
	管理体系 (4.0分)	①、投标企业具有健全完善的管理体系，各项管理制度健全，最高得3-4分； ②、管理体系一般，各项管理制度不完善得2-1分； ③、不提供不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章):

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人，现委托_____ (姓名) 为我方代理人，参加_____ (项目名称) 的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章)：_____

法定代表人(签字)：_____

授权委托人(签字)：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。