

变更情况说明

项目编号：NMGZC-G-H-250708

项目名称：手术室设备采购一批（5包）

采购方式：公开招标

变更内容：

（一）删除采购文件第一包第 23 页第 3.16 条重点参数“荧光定量分析：图像处理器自带荧光定量分析功能，可在显示器上呈现荧光定量分析结果”。后续序号顺延。

（二）修改采购文件第一包第 104 页货物参数重点参数“2. 有 1 项重点参数负偏离扣 1.68 分，共 5 条技术参数指标（标▲参数为重点参数）”

（三）修改采购文件第二包第 29 页第 1.16 条参数为废标项，内容修改为“使用期限 ≥ 10 年”

（四）修改采购文件第二包第 116 页货物参数 重点参数“1. 重点参数完全响应采购文件要求得 16.8 分 2. 有 1 项重点参数负偏离扣 1.2 分，共 14 条重点技术指标（标▲参数为重点参数）”

（五）修改采购文件第二包第 118 页计量要求“1. 完全响应采购文件要求得 0.8 分；2. 有 1 项计量要求负偏离扣 0.8 分，共 1 条计量要求指标”

（六）修改采购文件第三包第 46 页第 1.13 条“可实现双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示，可连接连接摄像头 ≥ 1 种”

（七）删除采购文件第三包第 50 页第 5.8 条废标项，“超声主机支持蓝牙无线连接手机或平板电脑等移动终端，可对设备进行移动操作”后续序号顺延。

（八）修改采购文件第四包第 72 页第 6 条参数“先端部外径： $\leq \varnothing 6.5$ mm”

（九）修改采购文件第四包第 72 页第 7 条参数“插入软管外径： $\leq \varnothing 6.5$ mm”

（十）修改采购文件第四包第 72 页第 8 条参数“最大外径： $\leq \varnothing 6.5$ mm”

（十一）修改采购文件第四包第 82 页第 12 条参数“气体终端：气体终端具有德标标准”。

（十二）修改采购文件第四包第 84 页第 12 条参数“气体终端：气体终端具有德标标准”。

（十三）修改采购文件第五包第 89 页第 6 条参数“圈套器模式：混切 1：范围不小于 1-150W（负载 500 Ω ）。混切 2：范围不小于 1-150W（负载



500 Ω)。喷凝：范围不小于 1-80W(负载 200 Ω)。强凝：范围不小于 1-120W(负载 175 Ω)。柔凝：范围不小于 1-120W(负载 175 Ω)”。

(十四) 修改采购文件第五包第 89 页第 7 条参数“氩气模式：喷凝(连续喷凝) 范围不小于 1-80W(负载 200 Ω)”。

单位名称：北京大学肿瘤医院内蒙古医院

2025 年 10 月 9 日

