

质疑回复函

黑龙江省嘉勃众合商贸有限公司：

贵公司关于呼和浩特第四十八学校数理化实验室设备采购（采购编号：150121-YZGL-GK-20250001）的质疑函。我们已于 2025 年 09 月 19 日收悉，现答复如下：

质疑事项 1：简易急救箱属于医药品类制造商菏泽天峰仪器设备有限公司不具备药品生产资质，涉嫌虚假应标，（北京翼洲科技有限公司）属于无效投标。

质疑事项 1 回复：经为我单位查询核实，认为质疑事项成立。

质疑事项 2：初中物理仪器电缆结构与材料套材包括裸电线、漆包线、电线电缆、电力电缆、通信电缆等实物，通过截面能观察导体、绝缘体及电缆结构，该货物属于国家强制性认证产品，制造商菏泽天峰仪器设备有限公司不具备 CCC 证书（北京翼洲科技有限公司）属于无效投标。

质疑事项 2 回复：经为我单位查询核实，认为质疑事项成立。

质疑事项 3：关于呼和浩特市第四十八学校数理化实验室设备采购中标（成交）结果公告中标供应商（北京翼洲科技有限公司）提供标的初中物理仪器学生电源，教学电源，电子起电机属于国家强制性认证产品，制造商菏泽天峰仪器设备有限公司不具备 CCC 证书，北京翼洲科技有限公司）属于无效投标，

质疑事项 3 回复：质疑事项缺乏事实依据及法律依据，请求予以驳回。

事实依据：质疑人提出的“学生电源，教学电源，电子起电机”属于国家强制性认证产品，供应商提供的制造商不具 CCC 证书生产资



质的质疑不成立，依据如下：

根据教育部发布的《初中物理教学装备配置标准》JY/T 0619—2019 规定，“学生电源, 教学电源”的执行标准为 JY/T 0361，而《强制性产品认证目录描述与界定表（2023 年修订）》对“电源”的适用标准为“GB4943.1、GB/T9254.1、GB17625.1”本次招标的“学生电源, 教学电源”与《强制性产品认证目录描述与界定表（2023 年修订）》中规定的“电源”执行标准不同，招标产品不适用国家强制性认证。

课程/学习主题	分类代码	器材名称	规格、品名、教学性能要求	单位	数量	配置要求	执行标准代号	备注	实践活动建议
主题 1：电和磁	30102001801	稳压直流电源	数量：双路稳压，0 V~15 V 连续可调，每路额定电流 1.5 A。两路可串联使用；直流稳压负载电流达到 1.6 A~1.7 A 时电源自动保护，输出电压锁定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度 0.5%，加 10 mV；负载稳定度 0.5%，加 10 mV；安全要求：电源输入/外壳抗电强度 1500 V（有保护接地线）或 3000 V（无保护接地线），电源输入/低压输出抗电强度 3000 V	台	13~25	√	JY/T 0361	二选	基本实验： 1. 奥斯特实验。 2. 电磁铁实验（电磁铁、电铃、电磁继电器）。 3. 探究通电螺线管外端磁场的方向。 4. 对比通电螺线管外部磁场与条形磁铁磁场实验。 5. 用安培定则判断通电螺线管的磁场方向。 拓展活动： 1. 利用电磁继电器设计简单自动化控制装置。 2. 利用干簧管等基本元件设计简单自动化控制装置。 活动目标： 1. 知道电流周围可以产生磁场。 2. 了解电和磁之间有何种联系，了解电磁铁的应用。（物理观念） 3. 会用观察、类比的方法学习通电螺线管外部磁场的特点。（科学思维） 4. 经历探究通电螺线管外部磁场
	30102000101	学生电源	直流稳压输出 1.5 V~9 V，每 1.5 V 为一档，共 6 档；额定电流 1.5 A；电压偏差 $\leq \pm (2\% U_n + 0.1 V)$ ，电压稳定度 $\leq 2\% U_n + 0.1 V$ ，负载稳定度 $\leq 2\% U_n + 0.1 V$ ，满载时纹波电压 $\leq 0.1\% U_n$ ；过载保护 1.05~1.5 倍，延时 1 s；电源输入与低压输出端子间抗电强度 3000 V；电源输入与外壳间抗电强度 1 类电器 1500 V，II 类电器 3000 V	台	1~2	√	JY/T 0361		
	30102000301	教学电源	交流 2 V~12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流 1.5 V~12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动关断，延时 1 s；各档空载电压 $\leq 1.05 U_n + 0.3 V$ ，各档满载电压 $\geq 0.9 U_n - 0.3 V$ ，直流输出时电压偏差 $\pm (2\% U_n + 0.1 V)$	台	1~2	√	JY/T 0361		

《初中物理教学装备配置标准》JY/T 0619—2019 截图

48. 电源 (0807、0907)	直接与交流电网电源连接，输出可适配电子产品及安全附件，具有电压转换功能的设备，包括供电性质和电气参数转换。	音视频设备配套的电源适配器/充电器 (0807)，信息技术设备、电信终端设备配套的电源适配器/充电器 (0907)	音视频设备、信息技术设备、电信终端设备配套的电源适配器、充电器、电源转换器等。	1. 适用范围： GB4943.1 GB/T9254.1 GB17625.1 2. 不包括专用于电池充电的充电器。
	适用于安装在额定电流小于等于 6A 计算机或服务器内部的电源。	计算机/服务器内置电源 (0907)	计算机/服务器机内电源（带机内外壳或不带机内防护外壳）。	适用范围： GB4943.1 GB/T9254.1 GB17625.1

《强制性产品认证目录描述与界定表（2023 年修订）》截图

同时，质疑人还提出“电子起电机”属于强制性产品认证范围，但并未给出任何依据，根据国家发布的《强制性产品认证目录描述与

界定表（2023 年修订）》搜索“电子起电机”及“起电机”字样均未检索出，质疑人所述内容与国家规定不符，本次招标的“电子起电机”不属于国家强制性产品认证范畴。

附件 2

强制性产品认证目录描述与界定表（2023 年修订）

说明

1.对于电气电子产品，除电信终端设备、电焊机、防爆电气，适用范围仅限于可直接或间接连接到大于 36V（直流或交流有效值）供电电源的产品。

2.对于电气电子产品，除车载移动用户终端、防爆电气或特别说明外，专为汽车及摩托车、火车、船舶、飞机设计、制造和使用的，具有专门设计和安装结构的产品不在 CCC 认证范围内。

3.再制造产品不在 CCC 认证范围内。

4.具有两种或两种以上强制性产品认证目录内功能和用途的多功能产品，以产品的主要功能和主要使用目的进行归类。多功能产品应符合主要功能产品的适用标准及认证实施规则要求，同时兼顾其他功能产品对应的适用标准及认证实施规则要求。

5.适用产品界定应当结合“对产品种类的描述”和“对产品适用范围的描述或列举”及“说明”等内容，并以此判定产品是否属于认证范围。

6.产品列举不一定包括所有可能存在的产品名称，未列举的产品可根据具体情况参照相应描述界定。

7.*所标记产品为实施自我声明程序 A（自选实验室型式试验+自我声明）的产品，**所标记产品为实施自我声明程序 B（指定实验室型式试验+自我声明）的产品。



附件 2

强制性产品认证目录描述与界定表（2023 年修订）

说明

1.对于电气电子产品，除电信终端设备、电焊机、防爆电气，适用范围仅限于可直接或间接连接到大于 36V（直流或交流有效值）供电电源的产品。

2.对于电气电子产品，除车载移动用户终端、防爆电气或特别说明外，专为汽车及摩托车、火车、船舶、飞机设计、制造和使用的，具有专门设计和安装结构的产品不在 CCC 认证范围内。

3.再制造产品不在 CCC 认证范围内。

4.具有两种或两种以上强制性产品认证目录内功能和用途的多功能产品，以产品的主要功能和主要使用目的进行归类。多功能产品应符合主要功能产品的适用标准及认证实施规则要求，同时兼顾其他功能产品对应的适用标准及认证实施规则要求。

5.适用产品界定应当结合“对产品种类的描述”和“对产品适用范围的描述或列举”及“说明”等内容，并以此判定产品是否属于认证范围。

6.产品列举不一定包括所有可能存在的产品名称，未列举的产品可根据具体情况参照相应描述界定。

7.*所标记产品为实施自我声明程序 A（自选实验室型式试验+自我声明）的产品，**所标记产品为实施自我声明程序 B（指定实验室型式试验+自我声明）的产品。



综上所述，本项目所采购的货物标的一“学生电源, 教学电源，电子起电机”，并不属于 CCC 认证的范畴，其制造商及供应商无需具备相关的资质条件。因此，该质疑事项不成立。

法律依据：

- 1. 《政府采购质疑和投诉办法》第二十九条第（二）项，该投诉事项缺少事实与法律依据，不能成立。
- 2. 《政府采购质疑和投诉办法》第十二条 供应商提出质疑应当

提交质疑函和必要的证明材料。

3. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十四条第五款，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据

最终，经我单位查询核实，认为北京翼洲科技有限公司中标无效。取消中标资格，并重新组织招标。

内蒙古易招项目管理有限公司

2025年09月26日

