

手足踝外科、内分泌科二病区购置设备采购项目

# 公开招标文件

采购单位名称：内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

采购代理机构名称：内蒙古金诺项目管理有限公司

项目编号：**BTZCS-G-H-250269**

2025年11月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

内蒙古金诺项目管理有限公司受内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院委托，采用公开招标方式组织采购手足踝外科、内分泌科二病区购置设备采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：手足踝外科、内分泌科二病区购置设备采购项目

项目编号：BTZCS-G-H-250269

采购计划备案号：包政采计划[2025]07213

### 2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）：2,602,900.00

采购包最高限价（元）：2,602,900.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	关节镜摄影系统	1.00	1,400,000.00	项	工业	是	否	否	否
2	关节镜设备配件	1.00	1,030,000.00	项	工业	否	否	否	否
3	全自动电脑恒温电蜡疗仪	1.00	77,000.00	项	工业	否	否	否	否
4	便携式睡眠初筛仪	1.00	37,000.00	项	工业	否	否	否	否
5	Bipa无创呼吸机	1.00	16,800.00	项	工业	否	否	否	否
6	平板心电图	1.00	18,000.00	项	工业	否	否	否	否
7	心电监护仪	1.00	6,300.00	项	工业	否	否	否	否
8	动态血压仪	1.00	17,800.00	项	工业	否	否	否	否

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合

享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

#### 4.本项目的特定资格要求：

##### 采购包1：

1、资格要求：（1）投标人根据所投设备分类。如属于第二类医疗器械，代理商需提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，生产厂家需提供《医疗器械生产许可证》；如属于第三类医疗器械，代理商需提供《医疗器械经营许可证》，生产厂家需提供《医疗器械生产许可证》。（2）投标人根据所投设备分类。提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）。

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

### 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

### 六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古金诺项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头市昆都仑区包头乐园东门南200米处2号楼三层

邮编：014010

联系人：张彩云

联系电话：0472-2799716

采购单位名称：内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

地址：包头市昆区林荫路41号

邮编：014000

联系人：梅莉斯

联系电话：0472-2178297

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：按照中标金额的1.5%收取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名

21	中标候选人数量	采购包1: 3名
22	报价形式	详见第一章,“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1: 组织现场踏勘: 否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包, 本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	1、投标报价不得超出招标文件中规定的最高限价以及采购预算, 否则否决其投标; 投标人需在投标文件中制作完整的按照附件提供的采购清单的报价表, 不制作或者制作不完整, 作无效投标处理, 因此造成废标的, 采购人及采购代理机构不予承担任何责任。2、评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价, 有可能影响项目质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。3、由于招标文件中《合同与验收》为固定模板, 无法修改。具体签订合同以采购人提供为准。4、本项目为电子投标, 如遇问题无法解决可直接联系软件公司咨询, 包头技术支持 0472-5228689, 内蒙古自治区财政厅技术支持: 0471-41923 04, 内蒙古自治区金财公司技术支持400-0471-010。5、由于本项目采用电子系统招标, 招标件为系统模板, 根据具体项目的情况无法准确描述, 部分内容只可填空, 不可更改。招标文件中有不适用之处, 敬请见谅。6、关于标书的说明: 投标人中标后, 须于中标结果公告后提供与电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件3份(用于备案存档)。打印注意事项: 纸质投标文件要以胶装形式牢固装订。

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标, 流程如下:

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上投标操作, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网 (<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要投标的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目投标信息页面, 在右侧选择要投标的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后, 获取所投项目招标文件, 并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳(如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金, 同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行投标信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参

与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

**2.1.3** 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

**2.1.4** 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

## **2.2** 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

**2.3** 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## **3.** 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

### **3.1** 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

## 三.说明

### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古金诺项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

#### 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

#### 五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

### 5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1. 开标

#### 1.1 程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

#### 1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查

看、回复。

### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

### 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

### 2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

## 资格审查表

### 一般资格要求

#### 采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供2024年度经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或银行出具的近一年内的银行资信证明或声明函，以上形式的证明资料提供任何一种即可。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）以及缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）（注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）或提供承诺书。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

### 特定资格要求

#### 采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
资格要求	<p>(1) 投标人根据所投设备分类。如属于第二类医疗器械，代理商需提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，生产厂家需提供《医疗器械生产许可证》；如属于第三类医疗器械，代理商需提供《医疗器械经营许可证》，生产厂家需提供《医疗器械生产许可证》。(2) 投标人根据所投设备分类。提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）。</p>

落实政府采购政策的资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	<p>提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）</p>

### 3. 评标

详见第五章

### 4. 中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

### 5. 中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七. 询问、质疑与投诉

### 1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### 3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

## 第三章 招标内容与技术要求

### 一.项目概况

手足踝外科购置关节镜摄影系统、关节镜设备配件、全自动电脑恒温电蜡疗法、内分泌科二病区购置便携式睡眠初筛仪、Bipa无创呼吸机、平板心电图、心电监护仪、动态血压仪。具体技术要求详见文件。

### 二.主要商务要求、技术要求

#### 1.主要商务要求

采购包1:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30个日历日内全部完成（包括安装调试完毕）
2		标的提供地点	内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院
3		合同履行期限	合同签订之日起至合同履行结束
4		合同履行地点	内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院现场交货
5		验收要求	合同制约定
6		合同支付方式	1、设备到货验收安装调试完毕后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00% 2、安装调试合格满6个月，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00% 3、设备到货验收安装调试完毕一年后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

#### 2.技术标准与要求

采购包1:

标的名称：关节镜摄影系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统</p> <p>一、摄像系统主机及摄像头：主机一台，摄像头两个</p> <p>1.摄像系统分辨率为4K UHD(3840*2160)，1080p(1920*1080P)。视频输出可在两种模式分辨率间切换：3840 × 2160(4K UHD)、1920 × 1080 (1080P)格式。</p> <p>2.▲摄像头图像传感器：≤2个CMOS芯片。</p> <p>3.摄像主机输出色彩深度：≥12 bit。</p> <p>4.水平分辨率：≥2200 lines，垂直分辨率：≥1500 lines。</p> <p>5.▲信噪比：≥55dB。</p> <p>6.可同时输出多种4K视频信号，包括但不限于：4*SDI接口、2*HDMI接口、12G接口。</p> <p>7.主机面板：≥7英寸全液晶触摸屏。</p> <p>8.帧率：≥60帧/秒。</p> <p>9.内置菜单含有以下功能：增益设置、背光调节、亮度调节、锐度调节、缩放设置、图</p>

像翻转、按键设置、曝光模式调节、快门设置、曝光亮度调节、色彩调节、对比度调节、降噪调节、荧光调节、日期时间设置、冻结功能、黑平衡等。

10.主机面板上可设置白平衡、拍照、录像、触摸屏锁屏、模式切换、增益调节、背光调节、亮度调节、锐度调节、缩放调节等。

11.摄像头控制按键 $\geq 4$ 个，摄像头可自定义功能的摄像头按钮 $\geq 4$ 个，可自定义 $\geq 18$ 个功能：菜单、白平衡、拍照、录像、停止录像、冻结、模式、缩小、放大、循环缩放、减小亮度、增大亮度、循环亮度、减小背光、增大背光、循环背光、减小增益、增大增益、循环增益、未定义等。

12.▲主机支持不少于12种科室选择，分别是：标准检查、腹腔镜检查、宫腔镜检查、纤维镜检查、耳鼻喉科、颅骨检查、膀胱镜检查、关节镜检查、激光检查、显微镜检查、自定义检查1、自定义检查2、自定义检查3等。

13.主机具备手术录像功能，同步显示录像码率和已拍视频数量及USB存储设备剩余可录像时间。录像分辨率为 $3840 \times 2160$ ，支持码率、帧率可调。

14.▲摄像头防水性能等级 $\geq IPX8$ 。

15.电击防护等级：应用部分为CF型，适合直接用于心脏的应用部分。

16.具备COMM口实现串口通讯和调试。

17.具备手动/自动曝光切换功能。

18.▲摄像头采用分体式。摄像头 $\geq 2$ 倍以上光学变焦，变焦范围 $16 \sim 32\text{mm}$ 。

19.降噪调节，通过系统菜单，能实现3D降噪和2D降噪调节功能。

20.可实现白光、荧光及合光模式下成像，可控制光源模式切换。

21.通过系统菜单，能实现黑白荧光和彩色荧光的颜色调节功能。预设荧光颜色 $\geq 9$ 种，荧光颜色可调 $\geq 360$ 级。

22.主机设计使用寿命不少于10年。

二、专用光纤：2根

1.光纤直径 $5.0\text{mm}$ 。

2.可同时传输可见光及近红外光专用光纤。

3.可高温高压消毒。

三、LED冷光源主机：1台

1.光源显色指数 $\geq 90$ 。

2.光源可在 $3000-7000\text{k}$ 色温范围内实现白平衡。

3.具有液晶显示操作屏，拥有中文调节菜单，屏幕尺寸 $\geq 7$ 英寸。

4.主机面板可数字显示亮度值， $0\%$ 到 $100\%$ 可调，调节精度 $10\%$ 。

5.▲具备出光防护功能，未连接光缆时，没有光输出，触摸屏具有文字和语言功能。

6.具备出光补偿功能：实时检测出光强度，当出光强度衰减时，设备自动提高输出光强度。

7.电击防护等级：应用部分为CF型，适合直接用于心脏的应用部分。

8.光源类型：LED光源。

四、关节内窥镜及套管：2套

1.▲4K关节内窥镜，镜身有4K标识，需提供产品外观照片。

2.关节内窥镜工作长度 $\geq 160\text{mm}$ ，直径 $4\text{mm}$ ，视向角 $30^\circ$ 。

3.可高温高压消毒。

4.▲有效景深范围6-15mm。

5.▲视场中心角分辨力 $\geq 6.0C/(^\circ)$ 。

6.关节镜套筒，配合4mm关节镜使用。

7.闭孔器，配合套管使用。

五、医用专业4K 液晶监视器：1台

1.LED屏幕 $\geq 31$ 英寸。

2.分辨率： $\geq 3840 \times 2160$ 。

3.视角范围 $\geq 178^\circ$ 。

4.亮度 $\geq 800cd/m^2$ 。

5.对比度 $\geq 1300:1$ 。

6.色彩深度 $\geq 10bit$ 。

7.响应时间 $\leq 5ms$ 。

8.支持高动态范围模式HDR10。

9.图像输入输出具有HDMI接口、DisplayPort接口、DVI接口、3G-SDI接口等数字接口。

10.防护等级 $\geq IP35$ 。

11.具备镜像和旋转模式设置。

12.支持2、3、4路分屏功能及画中画功能。

六、射频等离子体手术系统：1套

1.▲工作频率 $> 100KHz$

2.工作温度为 40-70°C。

3.具备切割消融、凝固止血两种模式，1-9档可调。

4.输出电压切割消融模式最大峰值电压可达700V，凝固止血模式最大峰值电压 $\geq 270V$ 。

5.▲主机输出功率:300W

6.主机运行模式:间歇加载连续运行

7.具有自动识别功能，根据刀头型号自动设定最佳档位及识别手柄、脚踏的连接状态。

8.具有短路保护功能及自检和错误报警、错误显示代码功能。

9. 主机声音大小可调节，区分工作声音。

10.脚踏开关防水等级 $\geq IPX8$ 。

11.▲主机面板全触摸屏操控、面板密封防水，可显示切割消融、凝固止血、功率、状态、警示等。

12.刀头直径大小可用于肩关节、膝关节、腕肘踝关节、颞颌关节、低温等离子髓核成形术、椎间孔镜手术、单侧双通道内镜技术等手术。

13.电极手柄与电极杆之间连接牢固，承受 $\geq 20$  拉力不脱落。

14.刀头电极各极之间的绝缘电阻应不小于 $5M\Omega$ ，刀头电极各极之间的高频绝缘阻抗应不小于 $1\Omega$ 。

15.电极采用双极或多级，无需接负极板使用。

16.主机设计使用年限 $\geq 5$ 年。

七、刨削动力系统1台

1.进液的防护程度：内窥镜刨削主机 $\geq IPX0$ 、刨削手柄 $\geq IPX7$ 、脚踏开关 $\geq IPX8$ 。

- 2.▲正、反向转速：500-9000（r/min）14档可调（500、800、1000、1200、1500、2000、2500、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000）。
  - 3.▲往复频率：100-400c/min9档可调（100、120、133、150、170、200、240、300、400）。
  - 4.▲往复转速：500-3000（r/min）9档可调（500、800、1000、1200、1500、1800、2000、2500、3000）。
  - 5.▲脚踏开具备转速调整功能。
  - 6.脚踏开关具备运转模式切换功能（正、反、往复转）。
  - 7.▲可适配多种规格型号的刨削刀头及磨头，匹配不同部位手术需求。
  - 8.▲设备具备参数记忆功能，自动保存关机前的运行参数。
  - 9.主机额定负载： $\geq 65\text{mN.m}$ 。
  - 10.动力手柄扭矩： $\geq 65\text{mN.m}$ 。
  - 11.操控方式：动力手柄按键或脚踏开关。
  - 12.动力手柄接口数量：1个。
  - 13.脚踏接口数量：1个。
  - 14.动力手柄线缆长度3米。
  - 15.▲可适配手柄种类 $\geq 2$ 种，可适配 $\geq 2$ 种轮毂的刀头耗材。
  - 16.▲设置方式：主机操控面板和液晶触摸屏。
  - 17.▲具有 $\geq 7$ 英寸触摸液晶屏。
  - 18.运行参数交互：实时参数通过液晶全面显示。
  - 19.操作界面语言：中文、英文。
  - 20.灭菌方式：动力手柄可进行高温高压灭菌。
  - 21.具有过载安全保护功能。
  - 22.运行模式：非连续性运行。
  - 23.运行场景：连续运行。
  - 24.采用宽幅电压，可适用于110-240V不同电压环境。
  - 25.防电击类型：I类。
- 八、专业医用台车
1. 配置专业医用台车1辆。
- 九、配套手术器械一套
- 1、小关节镜骨折治疗手术器械套件
    - 1.1打拔器  
小关节镜复位打压器，打入型，14cm 头宽3.5 角弯45° 方形 带刻度。
    - 1.2打拔器  
小关节镜复位打压器，打入型，14cm 头宽2.0角弯60° 方形 带刻度。
    - 1.3骨刮匙  
腕关节镜微创空心刮匙，单头，15cm 头宽3mm 微弯 带刻度。
    - 1.4骨刀  
小关节镜迷你骨刀，扁圆柄，14cm直头 头宽4.2mm 带刻度。
    - 1.5骨刀  
小关节镜迷你骨刀，扁圆柄，14cm弧弯20° 头宽4.2mm 带刻度

### 1.6骨刀

小关节镜迷你骨刀，扁圆柄，14cm弧弯45° 头宽4.2mm 带刻度

### 1.7植骨器

小关节镜植骨器，填充式，15cm 单手操作 带推杆 深度可调 内径3.5mm 带刻度

### 1.8植骨器

小关节镜植骨器，填充式，16cm 单手操作 带推杆 深度可调 内径4.5mm 带刻度

## 2、小关节镜微创手术基本器械套件

### 2.1骨科关节手术器械包（肌腱钳）

腕关节镜直篮钳,咬切型，14cm 对切型 头宽2.5mm 杆径2.0mm

### 2.2骨科关节手术器械包（抓钳）

腕关节镜无创抓钳，直型，14cm 头宽2.5mm 杆径2.0mm 刃口细齿

### 2.3骨科关节手术器械包（抓钳）

腕关节镜异物钳，直型，14cm 带齿抓钳全齿头宽2.5mm 杆径2.0mm

### 2.4咬骨钳

小关节镜迷你咬骨钳，单关节，16cm 微弯头 头宽2.0

### 2.5髓核钳

小关节镜迷你髓核钳，直型头，18cm 头宽2.0直头

### 2.6拉钩

腕关节镜高强度探钩，单头，14cm 直角弯头 头宽0.8 头长2.0 带刻度

### 2.7拉钩

腕关节镜微创手术迷你拉钩，单头，16cm 双钩钝

### 2.8拉钩

腕关节镜微创手术迷你拉钩，单头，16cm 单钩钝

### 2.9牵开器

小关节镜自动拉钩，钳式，13cm 2\*3齿 钛合金

## 3、微创腕管综合征治疗手术器械套件

### 3.1组织剪

微创精细组织剪，直头，11cm 直钝细头解剖型 镶片超锋利

### 3.2组织剪

微创精细组织剪，弯头，14cm 弯钝头 镶片超锋利 超薄剪

### 3.3拉钩

内镜下微创腕管松解专用钩，单头，16cm 直角板式 6\*40 平头 不要钩

### 3.4拉钩

腕关节镜微创手术迷你拉钩，单头，16cm 双钩球头

### 3.5拉钩

腕关节镜微创手术迷你拉钩，单头，16cm 单钩钝

### 3.6敷料镊

微创整形镊，直头有齿，12cm 平齿 头宽1.2mm

## 4、小关节镜韧带损伤治疗手术器械套件

### 4.1（骨科创伤手术器械包）导钻

小关节骨髓道钻孔保护筒，单头，10cm 斜角单头 头长25  $\phi$ 3.0 带刻度

4.2（骨科创伤手术器械包）导钻

小关节骨髓道钻孔保护筒，单头，10cm 斜角单头 头长25  $\phi$ 1.2 带刻度

4.3牵开器

腕关节迷你自动拉钩，齿条式，11cm 4\*4钝钩

4.4骨科关节手术器械包（抓钳）

腕关节镜无创抓钳，直型，14cm 头宽2.5mm 杆径2.0mm 刃口细齿

4.5骨科关节手术器械包（抓钳）

腕关节镜抓线钳，直型，14cm 无齿抓钳小号 头宽2.5mm 杆径2.0mm

4.6骨科关节手术器械包（抓钳）

腕关节镜大力抓钳，直型，14cm 带齿抓钳 头宽2.5mm 杆径2.0mm

4.7骨科关节手术器械包（骨科导向器）

TFCC经骨缝合尺骨隧道导向器，L型，套装 孔径 $\phi$ 1.0/ $\phi$ 1.5mm

4.8打结器

腕关节镜下推结器，圆孔型，14cm 直 头宽2.5

5、肩关节器械

5.1抓线钳II,总长尺寸226.2mm; 高度尺寸91.5mm; 宽度尺寸6mm;

5.2#2开口线剪,金属杆长度尺寸155mm; 手柄高度尺寸102mm; 钳头高度尺寸3mm

5.3戳枪, 直,金属杆长度尺寸155mm; 手柄高度尺寸102mm; 钳头高度尺寸2.7mm;

5.4戳枪, 45°左弯,金属杆长度尺寸155mm; 手柄高度尺寸102mm; 钳头高度尺寸2.7mm; 钳头角度为左侧弯曲45°;

5.5戳枪, 45°右弯,金属杆长度尺寸155mm; 手柄高度尺寸102mm; 钳头高度尺寸2.7mm; 钳头角度为右侧弯曲45°;

5.6骨锉, 上弯20°,总长尺寸259.3mm;

5.7骨锉, 下弯20°, 总长尺寸259.3mm;

5.8过线器（缝合钩）45°右弯, 总长尺寸313.9mm 45°右弯

5.9过线器（缝合钩）45°左弯, 总长尺寸313.9mm 45°左弯

5.10过线器（缝合钩）90°直型, 总长尺寸313.9mm 90°直型

5.11推结器, 总长尺寸210mm; 金属杆直径尺寸3.5mm;

5.12缝合枪II, 头部宽度4.5mm, 张开角度30°

5.13缝合枪枪芯II, 长度246mm

5.14导丝, 总长尺寸550mm;金属丝直径尺寸0.54mm;

5.15肩关节器械盒, 长 450 mm 宽 250mm 高 15mm

6、膝关节器械

6.1窄口蓝钳, 上翘10°, 上翘10°窄口钳头, 经典可拆卸手柄;

头部高度尺寸3mm, 宽度尺寸3mm;

张角40°

6.2窄口蓝钳 上弯20°,上翘20°窄口钳头, 经典可拆卸手柄;

头部高度尺寸311mm, 宽度尺寸3mm;

	<p>张角40°</p> <p>6.3窄口蓝钳 直,直形窄口钳头, 经典可拆卸手柄; 头部高度尺寸1.9mm, 宽度尺寸3mm;</p> <p>张角40°</p> <p>6.4鳄鱼口抓钳 ,2.7mm鳄鱼口抓钳钳头, 经典可拆卸手柄, 头部高度尺寸4mm, 宽度尺寸4mm; 张角35°</p> <p>7、微骨折骨锥</p> <p>7.1微骨折骨锥20°,打孔器: 微骨折骨锥, 长度: 240mm, 规格: 20°</p> <p>7.2微骨折骨锥45°,打孔器: 微骨折骨锥, 长度: 240mm, 规格: 45°</p> <p>7.3微骨折骨锥65°,打孔器: 微骨折骨锥, 长度: 240mm, 规格: 65°</p> <p>7.4微骨折骨锥90°,打孔器: 微骨折骨锥, 长度: 240mm, 规格: 90°</p> <p>7.5微骨折骨锥 直型,打孔器: 微骨折骨锥, 长度: 240mm</p>
<p>打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</p>	

标的名称: 关节镜设备配件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一：摄像配件（摄像头2个，耦合器2个。光纤2根）</p> <p>▲1. 4K超高清摄像头：3-CMOS传感器可采集原生态4K超高清图像。</p> <p>2. 摄像头防水级别≥IPX7。</p> <p>3. 电击防护级别：CF级。</p> <p>▲4. 摄像头支持温高压消毒。</p> <p>5.摄像头按键≥3个，可设置≥6个自定义功能。</p> <p>6.光缆直径≥5毫米，长度≥3.5米。</p> <p>二:动力配件（刨削手柄2个）</p> <p>★1.手柄须兼容施乐辉、威高厂家刀头；</p> <p>2.可手动及脚踏控制；</p> <p>3.具有锁定刨刀窗口功能；</p> <p>▲4. 正反转速：500-10000rpm，往复转速：500-3000rpm；</p> <p>5. 可控制刀片向前、向后、摆动及窗锁功能；</p> <p>6.防滑、双手柄接口及双槽卡口；</p> <p>7.可高温高压消毒；</p> <p>8.按键≥3个，具备正转，反转，往复转，窗锁，调整转速等功能；</p> <p>9.手持电机与刀具之间装卸方便，锁止可靠，无卡滞和异响现象；</p> <p>三;基础手术器械</p> <p>1.探钩（带手柄）工作长度≥121mm弯钩处3mm，带刻度（1把）</p> <p>2.嘴直型篮钳 无销钉设计、工作长度≥125mm，插入部分宽度≤4.8mm 钳头硬度HRC48±22.（1把）</p> <p>3.游离体抓钳 无销钉设计、工作长度≥125mm，插入部分宽度≤4mm 具有锁扣功能 钳头硬度 HRC48±25.（1把）</p> <p>4.上翘卵圆形篮钳 上咬10°，咬口4.15，张开幅度30°.(1把)</p> <p>5.半月板锉 45°(1把)</p> <p>6.半月板锉 90°(1把)</p> <p>四：关节镜参数（4K 4.0mm 关节内窥镜三根，穿刺针套管三个，钝头穿刺针三个）</p> <p>▲1.4K 4.0mm 关节内窥镜直径：4.0mm</p> <p>2.工作长度：175mm</p> <p>▲3.视向角：30°视场角：105°</p> <p>3.关节内窥镜附件 穿刺针套管：适配φ4.0,视向角0°-70°关节镜最大插入部外径：6.0 mmm最小器械扎道内径：4.2mm,工作长度：142mm，2个旋转活塞</p> <p>4.关节内窥镜附件穿刺针：适配φ4.0,视向角0°-70°关节镜 最大插入部外径4.2mm工作长度181mm,钝头</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动电脑恒温电蜡疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统</p> <p>1、由控制系统（含控制软件）、熔蜡箱、蜡饼箱、蜡盘组成。</p> <p>▲2、触摸屏采用≥9.7寸。</p> <p>3、蜡疗盘≥12个，可选，具有单盘出蜡系统，蜡饼厚度多级可调。</p> <p>4、可实现全自动智能程序控制自动熔蜡、自动制作蜡饼和恒温储存蜡饼等操作，具备设置蜡饼立即制饼和预约制饼功能。</p> <p>5、可设置当前时间、熔蜡箱温度、蜡饼箱温度、预约一周内出蜡时间、温度校准、厚度校准等。</p> <p>6、程序完成后一键自动恢复到正常工作状态。</p> <p>6.1、熔蜡箱：一键消毒；</p> <p>6.2、蜡饼箱：一键立即制饼(每天可多批次制作蜡饼，满足不同需求)；</p> <p>6.3、一键预约制饼，任意设置一天或多天。</p> <p>7、蜡疗仪制饼启动、制饼完成、均有语音提示功能</p> <p>▲8、紫外线及高温双重消毒结合。</p> <p>9、石蜡清洁：能对重复使用的石蜡进行水洗分离，自动消毒、清洗、沉淀、多级过滤。</p> <p>10、蜡饼箱满载时各点温度差不超过± 0.5 °C，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存，确保蜡饼柔软性、粘连性、可塑性，保证安全有效使用。</p> <p>11、参数设置</p> <p>11.1、功率：熔蜡箱：≥1000W；蜡饼制作箱：≥1500W；</p> <p>11.2、容积：熔蜡箱≥65L,蜡盘总容量≥25L；蜡饼箱容积≥185升</p> <p>11.3、温度设置范围：熔蜡箱：室温~98°C任意可调，温度显示误差≤±2°C，温度波动度≤±1°C；蜡饼箱：室温~80°C任意可调，温度显示误差≤±5°C，温度波动度≤±3°C；</p> <p>11.4、材料不低于304#不锈钢；</p> <p>11.5、设有观察窗和LED节能照明系统，方便随时观察实时蜡饼制作情况。</p> <p>11.6、蜡盘尺寸(标配)：350mm*370mm*30mm（±5 mm）</p> <p>11.7、智能控制：24小时智能循环控制，时间、温度、工作参数设置一次完成，自动保存。</p> <p>11.8、清洗：能对重复使用的蜡进行沉淀、多级过滤。</p> <p>11.9、具有多重安全保护功能。</p> <p>▲11.10、融蜡方式：有水化蜡使熔蜡箱受热更均匀。</p> <p>11.11、蜡疗仪具备恒温储存蜡饼功能。</p> <p>11.12、采用液位控制系统精准控制出蜡，蜡饼厚度均匀。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便携式睡眠初筛仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统</p> <p>1、适用于儿童及成人。</p> <p>▲2、医疗器械注册证中，其适用范围中必须注明所能监测的生理指标，需包含口鼻气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、鼾声、体动、体位、环境光等重要参数。</p> <p>▲3、导联数≥14，呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、五体位、12D双模块体动、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、双色工作指示灯、电池电量、血氧阈值报警、压力滴定、无线外接扩展通道参数。</p> <p>4、软件分析参数定义符合最新AASM 美国睡眠医学会睡眠及其相关事件判读手册。</p> <p>5、重量≤85g（带电池），监测过程中患者可在睡眠监测室活动。</p> <p>6、腕部主机具备≥2.0寸全彩液晶屏，设备具备Type-C四合一接口，通过同一接口可以同时进行数据通讯传输与充电功能，无需对设备进行拔卡读取数据。</p> <p>7、采用内置聚合物锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24小时，可重复使用；电池无需拆卸更换。</p> <p>8、主机内置双蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接，软件进行无线初始化，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置，也可以采用Type-C四合一接口进行数据初始化。主机可以通过无线通讯通道，可升级外接呼末、呼吸机等多种外扩无线设备。</p> <p>9、内置内存，设置存储方式为满三减一式的睡眠数据，可随时通过USB口等导入分析软件中进行分析，无需格式化内存卡。</p> <p>10、患者报告可导出为WORD、EXCEL、PDF等格式，同时可自定义报告模板，数据采集格式采用国际通用EDF格式，可将数据导入至其它所需要软件平台进行分析，软件具有一键导出不同病例患者的各项监测生理指标到Excel等文件中的功能。</p> <p>▲11、可连接任意呼吸机做压力滴定，数据回收工作站后可生成压力滴定报告。</p> <p>12、分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告。</p> <p>13、软件可自动翻页和滚动，速度30s/屏，时间可调；可以手动或自动分析数据、呼吸事件、缺氧，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有血氧趋势图、呼吸事件趋势图、体位趋势图等。</p> <p>▲14、具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器。</p> <p>▲15、可以通过加装模块升级至45导联以上脑电视频同步版本型号，无需更换主机。</p> <p>▲16、软件免费开放接口，可与医院现有系统对接。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：Bipa无创呼吸机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统</p> <p>1、治疗模式</p> <p>▲1.1、S模式、T模式、S/T模式、Vauto、具有容量限制功能。</p> <p>1.2、压力，4—25厘米水柱</p> <p>2、AutoRamp自动延迟升压/入睡起点监测</p> <p>3、备用频率：有（S模式，10BPM）</p> <p>4、具有漏气补偿功能</p> <p>5、吸气触发灵敏度，呼气触发灵敏度可调</p> <p>6、吸气时间可调</p> <p>7、压力上升时间可调</p> <p>8、探测识别呼吸暂停、气流限制及鼾声事件</p> <p>9、对呼吸暂停、气流限制及鼾声事件响应压力变化</p> <p>10、压力调节步长精度：0.2厘米水柱</p> <p>11、≤25分贝</p> <p>12、具有海拔高度自动调节</p> <p>13、具有自动启动/停止功能</p> <p>14、具有自定义提醒系统</p> <p>15、患者具有提示系统</p> <p>▲16、加热管路，智能温控系统</p> <p>17、具有患者管理系统</p> <p>18、可快速查看中文菜单、治疗效果、使用数据等</p> <p>19、治疗顺应性检测：AHI、压力、漏气、中枢性呼吸暂停指数（CAI）、CSR监测与报告</p> <p>20、具有血氧、心率实时监测模块</p> <p>21、远程患者管理平台</p> <p>▲22、具有数据存储及回放</p>
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：平板心电图

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统</p> <p>1、 心电数据采集平板参数：</p> <p>1) 显示屏≥9.7英寸；</p> <p>2) 连续工作≥10小时；</p> <p>3) 具有移动网络功能；</p> <p>4) ≥800万像素 ≥1080p高清摄录扫描；</p> <p>5) 支持手写中文输入，</p> <p>6) 支持语音助理，</p> <p>7) 支持WiFi热点功能；</p> <p>8) 内存≥16GB；</p> <p>2、12导心电图分析系统APP功能：</p>

1	<p>1). 标准的同步12导联信号采集分析，采集时间、模式可调等；</p> <p>2). 1 2导联心电图自动测量、自动诊断、双指测量、PQRST数据表等；</p> <p>3). 图形显示格式：12X1、6X2、3X4+1导联等；</p> <p>4).具有抗除颤和识别起搏器信号功能；</p> <p>5) 多重数字滤波器包括：基线滤波器、平滑滤波器、肌电滤波器、电源滤波器等；</p> <p>6) 具有心电图叠加功能： ST段多点测量；放大分析，手动标注等功能。</p> <p>7)具有网络连接功能：上传心电信息，下载诊断并打印；</p> <p>8)网络心电图分析功能：权限管理、网络心电图分析、网络心电图报告生成等；</p> <p>9) 具有急诊心电图平台提醒功能；</p> <p>10) 具备病人病情面容记录功能；</p> <p>11) 具备医师诊断报告手写签名功能；</p> <p>12) 系统自动更新升级功能。</p> <p>3、数据库管理功能：</p> <p>1).具备数据管理、电子病例存储、云备份、数据安全保护等功能。</p> <p>2).诊断结果自动转存数据库，临床诊断名词可检索</p> <p>3). 具备病人数据再编辑、删除和转存，心电图对比分析诊断等功能。</p> <p>▲4). 病人基本信息可由His系统提供，检查信息(结果)、心电图均由心电网络系统上传。</p> <p>5). 具备统计分析功能</p> <p>4、采集器物理性能：（采购人核实）</p> <p>1) 采样频率：≥1000Hz，采样精度：≥16位。</p> <p>2) 通道数：12个；</p> <p>3) 灵敏度：5/10/20mm/Mv；</p> <p>4) 共模抑制比：≥80dB；</p> <p>5) 输入阻抗：≥10MΩ；</p> <p>6) 极化电压：±300mV；</p> <p>7) 动态范围：±15mV；</p> <p>8) 患者漏电流： &lt;10μA；</p> <p>9) 无线连接方式</p> <p>10) 抗除颤保护</p> <p>11) 可使用标准6511导联线</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	
标的名称：心电监护仪	
序号	参数性质 技术参数与性能指标

1		<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统</p> <p>1.监护仪外形结构：</p> <p>1.1、便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者</p> <p>1.2、10.1寸彩色LED背光液晶显示屏，分辨率≥800*600，≥8通道波形显示</p> <p>1.3、无风扇设计</p> <p>2.监测参数：</p> <p>2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温</p> <p>2.2、具有ECG多导同步功能</p> <p>2.3、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择</p> <p>2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护</p> <p>2.5、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等。</p> <p>2.6、血氧监测时支持PI血氧灌注指数的监测。</p> <p>2.7、具有抗干扰和弱灌注血氧功能。</p> <p>2.8、无创血压支持手动、连续、自动和序列测量等模式。</p> <p>2.9、成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg。</p> <p>2.10、小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg。</p> <p>2.11、新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg。</p> <p>2.12、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等。</p> <p>3.系统功能：</p> <p>3.1、支持中/英文输入</p> <p>3.2、具有多级声光报警功能，参数报警级别可调。</p> <p>3.3、具备报警集中设置功能。</p> <p>3.4、具备血液动力学、药物计算功能。</p> <p>3.5、支持不少于1000小时趋势数据的存储与回顾功能。</p> <p>3.6、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式等不少于5种工作模式。</p> <p>3.7、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。</p> <p>3.8、具备网络通信功能，实现中央站的集中监护。</p> <p>3.9、锂电池工作时间≥4小时。</p> <p>3.10、支持监护仪系统日志导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：动态血压仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统</p> <p>1.数据连接：USB 数据线</p> <p>▲2.测量方法：示波法测量</p> <p>3.血压测量范围：压力测量范围为 0 mmHg~260 mmHg</p> <p>4.脉率测量范围：测量范围应为40bpm~200 bpm</p> <p>5.分辨率：血压读数的分辨率为 1mmHg，脉率读数的分辨率为 1BPM</p> <p>6.可重复性：在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数之间，相差不大于4mmHg</p> <p>7.血压测量准确性：在量程中的任何测量点上，袖带内压力测量的最大误差应为<math>\leq\pm 3m</math> mHg</p> <p>8.脉率测量准确性：<math>\leq\pm 3BPM</math></p> <p>▲9.安全保护：双安全回路，当血压监测仪袖带压力超过40.0 kPa（300mmHg）时，自动打开电磁阀放气的时间不超过2秒。（须提供检测报告）</p> <p>10.快速泄气：在充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从34.67 kPa（260mmHg）降到2 kPa（15mmHg）的时间不超过10s。</p> <p>▲11.袖带：无金属袖带，松紧式防滑袖带衬套。</p> <p>12.工作电源：两节5号AA碱性电池。</p> <p>13.数据存储器：闪存储存不小于300个读数。</p> <p>14.测量间隔时间：血压监测仪进行自动血压测量的间隔时间可选择为(5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90、120)分钟中的任何一种，时间误差不超过选择值的5%。</p> <p>15.尺寸：<math>\leq 120\times 70\times 30mm</math></p> <p>16.净重量：含电池<math>\leq 210g</math></p> <p>17.报警功能：可自定义报警阈值，选择开启或关闭视觉、听觉等报警。</p> <p>18.具有补测功能，只补测一次。</p> <p>19.分析软件能够自动删除错误数据，并且删除的数据可见。</p> <p>20.分析软件能够提供日夜对比统计直方图、频率分布图、圆饼图、趋势图、条形趋势图、散点图等工具。</p> <p>▲21.分析软件能够显示每条数据脉搏波及在测量时的姿势，运动、躺、坐立等。</p> <p>22.分析软件能提供血压负荷值、夜间血压下降率、平均动脉压（MAP）、平滑指数、动脉硬化指数、谷峰比值等内容。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一.评标要求

#### 1.评标方法

详见须知前附表

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

### 1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

### 2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5 在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

### 三. 评标程序

#### 1. 符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

#### 符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。

5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

## 2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

## 4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

## 5. 详细评审

采购包1:

采购包1:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分50.00分 商务部分20.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	<p>技术参数响应</p>	<p>根据产品各项技术规格参数偏离、性能指标以及所提供设备是否满足采购文件功能需求，技术参数优于或完全满足采购文件要求的得<b>25分</b>，带▲参数每有一项负偏离扣<b>1分</b>，一般参数每有一项负偏离扣<b>0.5分</b>，扣完为止，正偏离不加分。注：带▲参数要求提供产品的技术参数佐证材料，并在技术参数偏离表中备注对应页码（如：<b>P1-P9</b>）用于佐证第几条，未提供产品佐证材料的视为负偏离。（标明佐证资料的页码要求精准，如因标注页码不准确找不到佐证资料造成的后果自负。）</p>	<p>25.0000</p>	<p>客观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
--	---------------	--	----------------	-----------	---

<p>供货安装调试方案</p>	<p>根据供应商针对本项目编制供货方案科学合理，内容包括但不限于： ①供货方案；②供货措施完善详细；③特殊情况下的保管；④安装调试方案；⑤项目进度计划；⑥突发情况应及应对方案的描述等，每缺少一项内容扣1.5分，每项中每有一处存在内容缺陷的扣1分，扣完为止，本项最高得9分。（注：内容缺陷是指内容结构混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任何一种情形）</p>	<p>9.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-----------------	---	---------------	-----------	---

<p>技术评审</p>	<p>质量保证措施</p>	<p>投标供应商提供服务质量保障方案中①质量管理目标及体系；②质量管理计划及控制方案；③产品质量方案及质量管理职责；④质量管理措施及验收方案等，以上内容根据提供情况每项最高得2分，每项中有一处存在内容缺陷、混乱或与实际不符的扣1分，扣完为止。本项最高得8分。（注：内容缺陷是指内容结构混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任意一种情形）。</p>	<p>8.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面          目录          具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函          具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料          其他材料          技术偏离表          项目组成人员一览表          联合体协议          中小企业声明函          投标人承诺函          缴纳投标保证金证明材料          投标人（供应商）应提交的相关证明          依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料          具有独立承担民事责任的能力证明文件          主要商务要求承诺书          参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明          投标人业绩情况表          投标人基本情况表          项目实施方案、质量保证及售后服务承诺          法定代表人授权委托书          监狱企业证明文件          残疾人福利性单位声明函</p>
-------------	---------------	---	---------------	-----------	---

<p>培训方案</p>	<p>根据所有响应文件中提供的应用培训方案，内容包括但不限于①培训内容及目标；②设备操作及人员培训；③日常使用中故障分析及故障预防；④培训时间安排及培训方式等，以上内容根据提供情况每完整提供一项最高得1分，每项中每有一处存在内容缺陷的扣0.5分，不提供不得分，本项最高得4分。（注：内容缺陷是指内容结构混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任意一种情形）。</p>	<p>4.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面  目录  具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料  其他材料  技术偏离表  项目组成人员一览表  联合体协议  中小企业声明函  投标人承诺函  缴纳投标保证金证明材料  投标人（供应商）应提交的相关证明  依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料  具有独立承担民事责任的能力证明文件  主要商务要求承诺书  参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明  投标人业绩情况表  投标人基本情况表  项目实施方案、质量保证及售后服务承诺  法定代表人授权委托书  监狱企业证明文件  残疾人福利性单位声明函</p>
-------------	--	---------------	-----------	---

<p>应急方案</p>	<p>根据所有响应文件中提供的应急方案，内容包括但不限于①应对突发状况的预案及保障措施;②应对紧急情况的处理流程及人员安排。以上内容根据提供情况每完整提供一项最高得2分，每项中每有一处存在内容缺陷的扣1分，不提供不得分，本项最高得4分。（注：内容缺陷是指内容结构混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任意一种情形）。</p>	<p>4.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面  目录  具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料  其他材料  技术偏离表  项目组成人员一览表  联合体协议  中小企业声明函  投标人承诺函  缴纳投标保证金证明材料  投标人（供应商）应提交的相关证明  依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料  具有独立承担民事责任的能力证明文件  主要商务要求承诺书  参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明  投标人业绩情况表  投标人基本情况表  项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书  法定代表人授权委托书  监狱企业证明文件  残疾人福利性单位声明函</p>
-------------	--	---------------	-----------	--

	<p>业绩</p>	<p>供应商提供2022年1月1日至今类似业绩(中标通知书或采购合同)的证明资料，每提供一份证明资料得2分，满分10分。涉及企业商业秘密的在复印时可予删除或遮挡，采购人和采购代理机构不承担任何泄密责任。（类似业绩是指与本项目相近或相似的项目，扫描件需清晰可见，未提供、提供不全或扫描件无法辨认不予加分）注:日期以签订合同落款日期或中标通知书落款日期为准,无日期不予加分。（需提供加盖公章清晰可辨的合同关键页，包括但不限于：合同首页、服务内容页、签字盖章页）</p>	<p>10.0000</p>	<p>客观</p>	<p>封面  目录  具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料  其他材料  技术偏离表  项目组成人员一览表  联合体协议  中小企业声明函  投标人承诺函  缴纳投标保证金证明材料  投标人（供应商）应提交的相关证明  依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料  具有独立承担民事责任的能力证明文件  主要商务要求承诺书  参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明  投标人业绩情况表  投标人基本情况表  项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书  法定代表人授权委托书  监狱企业证明文件  残疾人福利性单位声明函</p>
--	-----------	--	----------------	-----------	--

<p>售后服务方案</p>	<p>根据投标人提供的售后服务方案进行评审包括但不限于以下4项内容                  (1) 质保期承诺 (2) 售后服务响应方案 (3) 设备的拆换维修安装方案 (4) 备品、备件的供应方案;(5) 保修期外售后维护维修承诺等, 以上内容根据提供情况每完整提供一项最高得2分, 每项中每有一处存在内容缺陷的扣1分, 不提供不得分, 本项最高得10分。(注: 内容缺陷是指内容结构混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任意一种情形)。</p>	<p>10.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面                  目录                  具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函                  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料                  其他材料                  技术偏离表                  项目组成人员一览表                  联合体协议                  中小企业声明函                  投标人承诺函                  缴纳投标保证金证明材料                  投标人(供应商)应提交的相关证明                  依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料                  具有独立承担民事责任的能力证明文件                  主要商务要求承诺书                  参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明                  投标人业绩情况表                  投标人基本情况表                  项目实施方案、质量保证及售后服务承诺                  法定代表人授权委托书                  监狱企业证明文件                  残疾人福利性单位声明函</p>
---------------	---	----------------	-----------	---

价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

#### 6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同内容及格式

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目 (填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: \_\_\_\_\_

(二) 交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: **1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; **2.**符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; **3.**符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: **1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; **2.**符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; **3.**符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; **4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

## 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:\_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):\_\_\_\_\_

(三)服务地点:\_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

## 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

## 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

## 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

## 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 七、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

## 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

## 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

## 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

## 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1. 政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4. 投标（响应）文件</p> <p>5. 供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 政府采购工程履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 政府采购合同（合同名称及编号）</li> <li>2. 成交公告及成交通知书</li> <li>3. 磋商、谈判文件</li> <li>4. 响应文件</li> <li>5. 供应商的承诺及保证（如有）</li> <li>6. 国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件</li> </ol> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采购人代表：</li> <li>2. 采购代理机构代表：</li> <li>3. 第三方专业机构代表及专家：</li> <li>4. 其他供应商代表：</li> </ol>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1:

#### 通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表