

左财字〔2025〕410号

巴林左旗农牧局、内蒙古千峻工程项目管理有限公司、内蒙古赛维斯科技有限公司、赤峰市鼎程商贸有限公司：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》规定，现将投诉处理决定书下达给你们。

附：政府采购投诉处理决定书



巴林左旗财政局办公室

2025 年 10 月 29 日印发

政府采购投诉处理决定书

投诉人: 赤峰市鼎程商贸有限公司

地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗林东镇赛罕街 140 号

邮编: 025450

法定代表人/主要负责人: 赵佳琦 联系电话: 15849663355

授权代表: 刘洋. 联系电话: 18647618999

地址: 内蒙古赤峰市巴林左旗林东镇契丹大街 252 号

邮编: 025450

被投诉人 1: 内蒙古千峻工程项目管理有限公司

地址: 内蒙古自治区赤峰市松山区内蒙古自治区赤峰市松山区振兴小区五组团芙蓉花园 12 号楼 9 号车库

邮编: 024000 联系人: 马一博 联系电话: 18804768614

相关供应商: 内蒙古赛维斯科技有限公司

地址: 内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街中星国际 2 期 1 号楼 1406 室

法定代表人: 苏红 邮编: 010010

联系电话: 0471-3592586

一、投诉事项

投诉事项1: 招标需求原文: ▲3.1压力范围: 0~1050kPa (152psi)。

投诉事项2: ▲招标需求原文: 5.10前置放大镜, 可方便

的观测进样针。

投诉事项3: 招标需求原文: ▲5.11状态指示灯, 状态指示灯会随不同的进样器状态自动切换不同颜色。

投诉事项4: 招标需求原文: ▲5.12进样针照明灯, 当打开进样器盖板照明灯亮度会自动增亮, 方便进行进样针的更换。

投诉事项5: 招标需求原文: ▲6.1.1无线式组装离子源, 一体化设计, 推斥极、离子盒、源透镜和RF透镜必须整合在单一的套筒内。

投诉事项6: 招标需求原文: ▲6.1.3必须具备除源加热器之外的独立透镜加热器。独立的透镜加热器必须能给透镜和弯曲的离子光学通道额外提供加热, 以减少复杂基质对透镜的污染, 延长维护周期。

投诉事项7: 招标需求原文: 6.2 “S”型弯曲的离子光学通道。▲6.2.1 在离子源和极杆之间必须配备可加热S型弯曲的离子轨道。▲6.2.2 S型离子通道必须采用离轴式光学设计以提升低浓度检测定量。S型离子通道同时能够保护主四极杆不受污染。

投诉事项8: 招标需求原文: ▲6.5.1可调的气质接口温度最高400℃, 可有效的将化合物, 包括高沸点化合物从GC传递到质谱仪。

投诉事项9: 招标需求原文: ▲9.1 信噪比: EI SRM: 1 μ

L 100fg/uL八氟萘进样, $S/N \geq 50000:1$ ($m/z 272 \rightarrow 222$)

投诉事项10: 招标需求原文: ▲10.5 必须支持如下扫描模式: 全扫 (FS), 特征离子扫描 (SIM), 定时-选择离子扫描 (Timed-SIM), 可进行全扫描, 选择离子扫描, 全扫 / 选择离子扫描同时进行 (FS/SIM), 定时-选择离子扫描 (Timed-SIM), 全扫 / 定时-选择离子扫描同时进行 (FS/Timed-SIM), 子离子扫描 Product Ion Scan、母离子扫描 Precursor Ion Scan、中性丢失扫描 Neutral Loss Scan、选择离子扫描 SIM、定时-选择离子扫描 Timed-SIM、选择反应扫描 SRM、定时选择反应扫描 Timed-SRM、全扫描选择反应扫描交替扫描模式 (Full Scan/SRM)。

投诉事项11: 中标公司的质疑答复书没有确实佐证材料证明所提供的产品参数的真实性。

二、本机关调查情况

投诉事项1 事实依据: 进样口的压力范围与可以开发的应用方法范围种类息息相关, 更宽的压力范围可以选择更多的色谱柱规格、不同的载气种类、可以设置更复杂的分离程序, 完成更复杂的食品安全项目检测, 但安益谱官方指标是 0-100PSI, 远远不能满足要求。不符合招标要求, 涉嫌虚假应标。安益谱官方指标可详见官方网站截图、附件和其官方网站。

经查证及专家论证: 经调证本项目投标人内蒙古赛维斯

科技有限公司的制造商苏州安益谱精密仪器有限公司出具气相色谱三重四级杆质谱联用仪ANYEEP TQ8100技术白皮书和查阅该公司投标文件，该事项满足招标文件▲3.1压力范围：0-1050kPa (152psi)的要求。投诉事项1不成立。

投诉事项2 事实依据：进样器前端放大镜可用于快速方便查看进样针中液体是否有气泡、是否没吸上样品，可用于快速判断进样针的工作状况，安益谱官方彩页和指标中均显示无前置放大镜。不符合招标要求，涉嫌虚假应标。安益谱官方指标可详见官方网站截图、附件和其官方网站。

经查证及专家论证：经调证本项目投标人内蒙古赛维斯科科技有限公司的制造商苏州安益谱精密仪器有限公司出具气相色谱三重四级杆质谱联用仪ANYEEP TQ8100技术白皮书和查阅该公司投标文件，该事项满足招标文件：▲5.10前置放大镜，可方便的观测进样针。▲5.12进样针照明灯，当打开进样器盖板照明灯亮度会自动增亮，方便进行进样针的更换的要求，投诉事项2不成立。

投诉事项3 事实依据：自动进样器状态指示灯可以无需每次到仪器前观察仪器工作状态，减小实验室人员工作量，提高工作效率，安益谱官方彩页和指标中均显示无“状态指示灯，状态指示灯会随不同的进样器状态自动切换不同颜色”，硬件和功能描述。不符合招标要求，涉嫌虚假应标。安益谱官方指标可详见官方网站截图、附件和其官方网站。

网址：<http://www.anyeep.com/xinwenzhongxin/267.html>

经查证及专家论证：经调证本项目投标人内蒙古赛维斯科技有限公司的制造商苏州安益谱精密仪器有限公司出具气相色谱三重四级杆质谱联用仪ANYEEP TQ8100技术白皮书和查阅该公司投标文件，该事项满足招标文件▲5.11状态指示灯，状态指示灯会随不同的进样器状态自动切换不同颜色的要求。投诉事项3不成立。

投诉事项4 事实依据：自动进样器进样针照明功能可方便使用人员清楚观察进样针的状态，安益谱官方彩页和指标中均显示无“进样针照明灯，当打开进样器盖板照明灯亮度会自动增亮，方便进行进样针的更换”。硬件和功能描述。不符合招标要求，涉嫌虚假应标。安益谱官方指标可详见官方网站截图、附件和其官方网站。

网址：<http://www.anyeep.com/xinwenzhongxin/267.html>

经查证及专家论证：经调证本项目投标人内蒙古赛维斯科技有限公司的制造商苏州安益谱精密仪器有限公司出具气相色谱三重四级杆质谱联用仪ANYEEP TQ8100技术白皮书和查阅该公司投标文件，该事项满足招标文件5.12进样针照明灯，当打开进样器盖板照明灯亮度会自动增亮，方便进行进样针的更换的要求。投诉事项不成立。

投诉事项5 事实依据：离子源是需要后期维护的部件，后期的维护便捷性非常重要，一体化设计离子源可以方便使

用人员拆卸维护，安益谱官方指标为“高温惰性陶瓷离子源，温度均匀，易清洗，双灯丝，寿命长”并无招标要求中相关“无线式组装离子源，一体化设计，推斥极、离子盒、源透镜和RF透镜必须整合在单一的套筒内”。不符合招标要求，涉嫌虚假应标。安益谱官方指标可详见官方网站截图、附件和其官方网站。

经查证及专家论证：经调证本项目投标人内蒙古赛维斯科技有限公司的制造商苏州安益谱精密仪器有限公司出具气相色谱三重四级杆质谱联用仪ANYEEP TQ8100技术白皮书和查阅该公司投标文件，该事项满足招标文件▲6.1.1无线式组装离子源，一体化设计，推斥极、离子盒、源透镜和RF透镜必须整合在单一的套筒内的要求。投诉事项5不成立。

投诉事项6 事实依据：独立的透镜加热器可以保证物质被离子化后传输到四极杆过程中不易冷凝，减小透镜的后期维护频次。安益谱官方指标为“高温惰性陶瓷离子源，温度均匀，易清洗，双灯丝，寿命长”并无招标要求中相关“独立的透镜加热器必须能给透镜和弯曲的离子光学通道额外提供加热，以减少复杂基质对透镜的污染，延长维护周期”描述。不符合招标要求，涉嫌虚假应标。安益谱官方指标可详见官方网站截图、附件和其官方网站。安益谱参数可见附件。

经查证及专家论证：经调证本项目投标人内蒙古赛维斯科技有限公司的制造商苏州安益谱精密仪器有限公司出具气

相色谱三重四级杆质谱联用仪ANYEEP TQ8100技术白皮书和查阅该公司投标文件,该事项满足招标文件▲6.1.3必须具备除源加热器之外的独立透镜加热器。独立的透镜加热器必须能给透镜和弯曲的离子光学通道额外提供加热,以减少复杂基质对透镜的污染,延长维护周期的要求。投诉事项6不成立。

投诉事项7 事实依据:化合物在离子源中离子化后,有非常大量的中性分子不能被离子化,如果不采用S型离子通道会通过后面的主四极杆进入检测器,从而污染主四极杆和检测器,降低仪器灵敏度。但安益谱无S型离子通道设计采用的是双预四极设计,与招标要求严重不符。不符合招标要求,涉嫌虚假应标。安益谱官方指标可详见官方网站截图、附件和其官方网站。

网址: <http://www.anyeep.com/xinwenzhongxin/309.html>

经查证及专家论证:经调证本项目投标人内蒙古赛维斯科科技有限公司的制造商苏州安益谱精密仪器有限公司出具气相色谱三重四级杆质谱联用仪ANYEEP TQ8100技术白皮书和查阅该公司投标文件,该事项满足招标文件6.2“S”型弯曲的离子光学通道。▲6.2.1 在离子源和极杆之间必须配备可加热S型弯曲的离子轨道。▲6.2.2 S型离子通道必须采用离轴式光学设计以提升低浓度检测定量。S型离子通道同时能够保护主四极杆不受污染的要求。投诉事项7不成立。

投诉事项8 事实依据:传输线温度起到防止目标化合物

从GC传输到MS 端时不发生冷凝的作用，因此温度越高适用范围就越广，因此要求传输线最高400℃。安益谱官方指标为50-350℃。不符合招标要求，涉嫌虚假应标。安益谱官方指标可详见官方网站截图、附件和其官方网站。

网址：<http://www.anyeep.com/xinwenzhongxin/141.html>

经查证及专家论证：经调证本项目投标人内蒙古赛维斯科技有限公司的制造商苏州安益谱精密仪器有限公司出具气相色谱三重四级杆质谱联用仪ANYEEP TQ8100技术白皮书和查阅该公司投标文件，该事项满足招标文件▲6.5.1可调的气质接口温度最高400℃，可有效的将化合物，包括高沸点化合物从GC传递到质谱仪的要求。投诉事项8不成立。

投诉事项9 事实依据：灵敏度是气相色谱三重四极杆质谱的核心指标，对于检测食品中痕量的农药残留检测至关重要，因此这里要求信噪比：EI SRM:1 μ L 100fg/uL八氟萘进样， $S/N \geq 50000:1$ ($m/z 272 \rightarrow 222$)，而安益谱官方指标为在EI模式下，100 fg/uL OFN 1uL进样时，信噪比可达15000:1以上，远小于招标要求。不符合招标要求，涉嫌虚假应标。安益谱官方指标可详见官方网站截图、附件和其官方网站网址：<http://www.anyeep.com/xinwenzhongxin/141.html>

经查证及专家论证：经调证本项目投标人内蒙古赛维斯科技有限公司的投标文件和投标的设备制造商苏州安益谱精密仪器有限公司技术白皮书和其提供的中国计量科学研究院

出具的测试报告，报告编号：HXyj2023-00354，表述气相色谱-串联质谱联用仪型号ANYEEP TQ8100测试结果：信噪比：EI SRM: 1 μ L 100fg/uL八氟萘进样， $S/N \geq 51050:1$ ($m/z 272 \rightarrow 222$)与投标文件提供此报告附带二维码扫描出的测试报告（中国计量科学研究院电子证书防伪查询系统），表述气相色谱-串联质谱联用仪型号ANYEEP TQ8100测试结果：信噪比：EI SRM: 1 μ L 100fg/uL八氟萘进样， $S/N \geq 16871:1$ ($m/z 272 \rightarrow 222$)不一致。不满足招标文件▲9.1 信噪比：EI SRM: 1 μ L 100fg/uL八氟萘进样， $S/N \geq 50000:1$ ($m/z 272 \rightarrow 222$)的要求。投诉事项9成立。

投诉事项10 事实依据：气相色谱三重四极杆质谱作为实验室非常重要的检测设备，有时在完成上百种农药残留项目的定量时也要求能够进行定性，因此全扫描选择反应扫描交替扫描模式（Full Scan/SRM）的质谱扫描方式对于样品中化合物的定性定量方式至关重要。安益谱的指标为“TQ8100系列具备多种扫描模式，包括全扫描（Scan）、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、选择离子扫描（SIM）、选择反应扫描（SRM）、多反应扫描（MRM）以及动态多反应扫描（DMRM）”不具备全扫描选择反应扫描交替扫描模式（Full Scan/SRM）。不符合招标要求，涉嫌虚假应标。安益谱官方指标可详见官方网站截图、附件和其官方网站。

网址: <http://www.anyeep.com/xinwenzhongxin/267.html>

经查证及专家论证: 经调证本项目投标人内蒙古赛维斯科技有限公司的制造商苏州安益谱精密仪器有限公司出具气相色谱三重四级杆质谱联用仪ANYEEP TQ8100技术白皮书和查阅该公司投标文件, 该事项满足招标文件▲10.5 必须支持如下扫描模式: 全扫 (FS), 特征离子扫描 (SIM), 定时-选择离子扫描 (Timed-SIM), 可进行全扫描, 选择离子扫描, 全扫 / 选择离子扫描同时进行 (FS/SIM), 定时-选择离子扫描 (Timed-SIM), 全扫 / 定时-选择离子扫描同时进行 (FS/Timed-SIM), 子离子扫描Product Ion Scan、母离子扫描 Precursor Ion Scan、中性丢失扫描 Neutral Loss Scan、选择离子扫描SIM、定时-选择离子扫描Timed-SIM、选择反应扫描SRM、定时选择反应扫描Timed-SRM、全扫描选择反应扫描交替扫描模式 (Full Scan/SRM)的要求。投诉事项10不成立。

投诉事项11 事实依据: 根据安益谱 (苏州) 医疗科技有限公司官方网站显示的气相色谱三重四级杆质谱联用仪 (型号: ANYEEP TQ8100) 设备参数与招标文件的技术偏离表严重不符。中标公司提供的彩图不清晰, 难以辨认内容。并刻意隐瞒可查询该设备参数的网址链接。

经查证及专家论证: 根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号) 第十条“供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损

害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑”和第十七条“质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉”的规定，赤峰市鼎程商贸有限公司已就质疑事项答复不满向财政局投诉，财政局已依法受理。投诉事项不成立。

综上所述，投诉人对巴林左旗农牧业局组织的“巴林左旗农畜产品检验检测实验室设备更新项目（包2）”（项目编号：CFZCZQS-G-H-250086）所投诉事项除投诉事项9成立外，投诉事项1-8项，10-11项均不成立。投诉成立事项9应扣减内蒙古赛维斯科技有限公司3分后，未能改变中标结果。

另检查中发现中标单位内蒙古赛维斯科技有限公司投标技术白皮书中提供的中国计量科学研究院出具的测试结果，报告编号：HXyj2023-00354. 表述信噪比为51050，扫描速度，最大扫描速度=20000u/s. 与投标文件提供中国计量科学研究院出具的测试结果，报告编号：HXyj2023-00354的报告附带二维码扫描显示的检测报告信噪比为16871，扫描速度，最大扫描速度=15306u/s，纸质与电子扫描的两份检测报告参数不一致，内蒙古赛维斯科技有限公司提供虚假检测

报告谋取中标。

依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第三十二条 投诉人对采购过程或者采购结果提起的投诉事项，财政部门经查证属实的，应当认定投诉事项成立。经认定成立的投诉事项不影响采购结果的，继续开展采购活动；影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照下列情况处理：……（二）已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定

中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

综上所述，内蒙古赛维斯科技有限公司提供虚假材料谋取中标，认定供应商内蒙古赛维斯科技有限公司中标无效。鉴于巴林左旗农牧业局组织的“巴林左旗农畜产品检验检测实验室设备更新项目（包2）”参与投标供应商5家，剩余合格供应商符合法定数量，可以从合格的成交候选人中另行确定中标或者成交供应商，继续开展政府采购活动。

你单位如对本决定不服，可在收到本决定书之日起60日内向巴林左旗人民政府提起行政复议，也可以在收到本决定书之日起6个月内向巴林左旗人民法院提起行政诉讼。

