

医疗设备采购项目(三次)

询价通知书

采购单位名称：巴林右旗卫生健康委员会

采购代理机构名称：内蒙古正益工程项目管理有限公司

项目编号：**CFZCYQS-X-H-250058-2**

2025年07月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

内蒙古正益工程项目管理有限公司 受 巴林右旗卫生健康委员会 委托，采用询价方式组织采购 医疗设备采购项目(三次)
。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 医疗设备采购项目(三次)

项目编号： CFZCYQS-X-H-250058-2

采购计划备案号： 赤政采计划[2025]右旗01126

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 3,382,000.00

采购包最高限价（元）： 3,382,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	心电、血氧遥测监护系统	1.00	230,000.00	套	工业	否	否	否	否
2	重复经颅磁刺激仪	1.00	490,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	磁刺激仪(盆底磁刺激仪)	1.00	490,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	生物刺激反馈仪(产后康复治疗仪)	1.00	39,500.00	台	工业	否	否	否	否
5	婴儿保暖辐射台	1.00	19,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	可视视频喉镜	1.00	19,000.00	台	工业	否	否	否	否
7	皮肤镜图像处理工作站	1.00	190,000.00	套	工业	否	否	否	否

8	全自动软内窥镜清洗消毒机	1.00	110,000.00	台	工业	否	否	否	否
9	低温等离子灭菌器	1.00	240,000.00	台	工业	否	否	否	否
10	二氧化碳激光治疗仪	1.00	480,000.00	台	工业	否	否	否	否
11	脊柱内镜手术系统（UBE）	1.00	300,000.00	套	工业	否	否	否	否
12	血液透析装置	2.00	280,000.00	台	工业	否	否	否	否
13	血滤机	1.00	250,000.00	台	工业	否	否	否	否
14	全自动分药机	1.00	244,500.00	台	工业	否	否	否	否

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1:

1、特定资格要求：供应商须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商如是生产企业的须提供有效的《医疗器械生产许可证》；所投产品在《医疗器械分类目录》内的如属于二、三类医疗器械的须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》，如属于一类医疗器械的须具有有效的《第一类医疗器械备案信息表/备案凭证/告知书》。

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古正益工程项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区赤峰市松山区内蒙古自治区赤峰市新城区天义路西财富大厦A座5楼

邮编： 024000

联系人： 杨嘉萌

联系电话： 0476-8871315

采购单位名称： 巴林右旗卫生健康委员会

地址： 巴林右旗大板镇格斯尔街和谐家园北侧约130米

邮编： 025150

联系人： 王文轩

联系电话： 18794771236

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：8000.00元；
13	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名

22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	<p>一、中标服务费： 中标供应商应到采购代理机构处领取纸质中标通知书。中标服务费由中标供应商在领取纸质中标通知书前支付，否则视为放弃中标资格。如 本项目招标失败，由采购人与代理机构协商支付。 二、其他说明： 中标（成交）供 应商在中标后应向采购人提供纸质版投标响应文件。 三、评审工作有关问题： 1、组 织采购评审工作 （1）评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任 。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出 结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否 则视为同意。（2）采购人、采购代理机构要确保评审活动在严格保密的情况下进行 。在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审 委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人 员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。 2、履 行采购评审职责 （1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的 评审方法、标准进行评审。要熟悉和理解采购文件，认真阅读所有供应商的投标或响 应文件，对所有投标或响应文件逐一进行资格性、符合性检查，按采购文件规定的评 审方法和标准，进行比较和评价；对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致， 对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。（2 ）评审过程中，评审委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价 最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中 标或成交候选供应商，或者根据采购人委托协议规定直接确定中标或成交供应商，起 草并签署评审报告。 3、严肃采购评审工作纪律 （1）评审委员会应当推选组长，但 采购人代表不得担任组长。（2）评审委员会成员要严格遵守评审时间，主动出具身 份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。（3）评审委员会成员和评审工 作有关人员，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审 标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见， 不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。 4、评审中及评审后特殊情形 的处理 （1）采购人、采购代理机构在评审完成前或评审完成后有权对评审数据进行 校对、核对。评标结果汇总完成且评标报告签署前，采购人或者采购代理机构发现存 在除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分 评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机 构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文 件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部 门。（2）评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或 者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书 面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供 应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。（3 ）参与政府采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的，按照下述“质疑相 关”要求执行并处理。采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事 项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的， 采购</p>

	人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。四、质疑相关说明：1、质疑原则：供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。2、质疑受理时间、方式及要求：详见招标文件第二章第七项“询问、质疑与投诉”的具体内容；3、质疑处理：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，质疑答复导致中标、成交结果改变的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。（3）质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。4、其他：按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）执行。
--	---

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimonggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个

工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用**CA**证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) **CA**证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 巴林右旗卫生健康委员会。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 内蒙古正益工程项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要

宣布的其他内容；

（4）参加人员对开启情况进行确认；

（5）开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	供应商须提供有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商须同时提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的：（1）缴纳税收的相关凭据（税务机关提供的纳税凭据或银行入账单）；（2）缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或其它缴纳凭证）；注：a、其他组织和自然人也需要提供上述（1）和（2）的证明材料。b、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应证明材料或说明材料，无须提供上述（1）和（2）的证明材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商须提供“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。（参考格式详见采购公告附件）
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商须提供“参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录”的书面声明函。（参考格式详见采购公告附件）
6	信用记录	供应商提供自本项目公告发布至提交投标文件的截止时间内的：（1）经“信用中国”网站查询的供应商未被列入“失信被执行人”的网页截图、“重大税收违法失信主体”的网页截图、“严重失信主体名单”的网页截图；（2）经“中国政府采购网”网站查询的供应商未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图。注：①上述信息如供应商未提供截图，询价小组可在评标现场进行核实；
7	联合体响应（若有）	本项目不接受联合体投标

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

特定资格要求	供应商须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商如是生产企业的须提供有效的《医疗器械生产许可证》；所投产品在《医疗器械分类目录》内的如属于二、三类医疗器械的须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》，如属于一类医疗器械的须具有有效的《第一类医疗器械备案信息表/备案凭证/告知书》。
--------	---

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑,代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商提交的质疑函,应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理,质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构,也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的,以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址(详见第一章 询价邀请)。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的,可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围,但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉采购人、采购代理机构(以下简称被投诉人)和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容:

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料;
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 法律依据;
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书,应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

巴林右旗卫生健康委员会医疗设备采购，参数、数量详见技术参数。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30个日历日完成供货、安装、调试完毕
2		标的提供地点	巴林右旗卫生健康委员会要求的地点
3		合同履约期限	自政府采购合同签订之日起至质保期结束
4		合同履约地点	采购人要求地点
5		验收要求	由采购人代表和采购人组织的验收小组，按招标文件和政府采购合同规定的内容进行验收，验收合格签署《验收书》
6		合同支付方式	1、货物到达甲方要求地点，安装验收合格后15日内，支付合同总金额的100.00%（实际以财政拨付为准），达到付款条件起15日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

8	其他	<p>1.质保期：自最终验收合格后，甲、乙签署最终验收报告之日起为质保期3年。质保期内正常使用中出现故障，由投标人提供免费维修并更换损坏的硬件及软件.质保期内出现质量问题或因质量原因召回事件，提供免费更换全新设备。</p> <p>2.服务标准：符合国家及自治区相关规定，满足采购人要求。</p> <p>3.售后服务要求</p> <p>（1）供应商应在合同规定时间内完成设备的安装调试，并达到技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。</p> <p>（2）产品到货后如因非人为因素导致的产品质量问题供应商应免费更换。</p> <p>（3）供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。定期进行用户回访，及时处理用户意见。</p> <p>（4）要求无论中标供应商采取何种方式，采购人只接受在接到维修通知后2小时内响应，24小时内做出有效处理，维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过7日内将货物修好。节假日照常服务。若中标供应商在收到通知后7日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标供应商承担。</p> <p>4、包装要求：标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式</p> <p>5、其他说明及要求：</p> <p>（1）未尽事宜按照国家、行业、地区相关规定和规范执行。投标人所投产品中凡涉及到强制性产品认证、节能产品政府强制采购产品的，所投产品的生产厂家或产品本身须具备相应的认证证书。如经查实不具备相应的认证证书的，将上报监督部门，取消中标资格，并给以相应处罚。</p> <p>（2）中标结果发布后，一经发现中标供应商提供虚假材料（相关佐证材料、同类业绩等）谋取中标、成交的，取消其中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>（3）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，取消其中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p>
---	----	--

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：心电、血氧遥测监护系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>功能要求：能够监测心电、血氧饱和度，监测及测量参数能够无线传输到中央监护站。</p> <p>1.遥测发射盒要求（数量：10个）</p> <p>1.1方便携带，内置电池或配置充电电池供电，工作时间≥72h</p> <p>1.2遥测发射盒防水等级≥IPX5，抗跌落测试通过0.75米跌落测试。</p> <p>1.3采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.2英寸。</p> <p>1.4屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。</p> <p>1.5遥测发射盒具备开关机/关屏功能。</p> <p>1.6遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。</p> <p>1.7具备设备实时定位和设备历史位置追踪功能。</p> <p>1.8具备心电、血氧监护功能，提供HR，ST，PVC测量值，提供SpO2，PR，测量值（ST，PVC在中央站上显示）。</p> <p>1.9具备肌电抗干扰性能。</p> <p>1.10血氧饱和度测量范围：0 - 100%，脉率测量范围：20 - 300 bpm。</p> <p>2.中央监护站参数要求：</p> <p>2.1中央站支持查看多个遥测发射盒的病人监测数据，并支持相关技术活参数报警。</p> <p>2.2支持通过中央站集中配置网络中的监护仪。</p> <p>2.3具备时间同步功能，对联网的监护仪进行时间同步。</p> <p>2.4中央站能够兼容同品牌的的监护仪。</p> <p>2.6中央站支持≥40床病人集中管理，网络连接方式：支持有线、无线及混合联网等方式。</p> <p>2.7具备高、中、低三个报警级别。</p> <p>2.8具备报警复位功能。</p> <p>2.9具备报警集中设置功能。</p> <p>2.10具备报警提醒功能，对于已确认的报警，如报警条件未消失，能够定时对用户进行提醒。</p> <p>2.11具备趋势图/表回顾功能。</p> <p>2.12具备≥168小时趋势数据存储、具备≥168小时全息波形数据存储、具备≥168小时ST片段数据存储，具备48小时呼吸氧合图曲线数据存储。</p> <p>2.13具备心肌缺血图形化显示工具，能够快速查看ST值的变化。</p> <p>2.14具备起搏信号查看工具，能够查看单腔、双腔或多腔的起搏信号细节，利于辅助判断起搏器起搏功能是否正常。</p> <p>2.15中央监护站具备病人报告预览及打印功能。</p> <p>2.16中央监护站配置≥55英寸配套专业显示屏一台。</p> <p>2.17中央监护站配置相应配置的工作站一套（软件、电脑及打印机）。</p> <p>2.18 支持连接医院信息化体统，厂家或供货商负责提供连接医院信息化系统相关硬件及软件，并协助连接医院信息化系统。</p> <p>2.19中央监护站正版软件系统终身免费使用及升级。</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：重复经颅磁刺激仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>技术参数</p> <p>1.双通道，至少配置两个成人刺激线圈，蝶形（或O型）线圈一个、双锥（或V型）形线圈一个，分别适用于刺激大脑浅部脑区与深部脑区。</p> <p>2.双锥（或V型）形线圈刺激深度≥6cm，</p> <p>3.具备冷却系统。</p> <p>4.具备多种刺激模式，至少包含：单脉冲刺激模式、重复刺激模式、复合刺激等模式，能够自由切换。</p> <p>5.设备支持连续持续刺激输出，当冷却系统发生故障时，具备有提示功能或停止磁场输出功能。</p> <p>6.具备刺激线圈温度、磁场强度等参数的显示功能。</p> <p>7.刺激线圈工作最高温度≤41℃，具备刺激线圈工作温度超过41℃时具备报警提示功能或停止输出功能。</p> <p>8.配置运动诱发电位检查模块。</p> <p>9.整机设备使用年限（或使用寿命）≥8年（需提供铭牌或说明书）。</p> <p>10.最大磁感应强度：≥6T，最大磁感应强度允差±5%（需提供检验报告）。</p> <p>11.输出最大脉冲重复频率：≥100Hz、可调。</p> <p>12.内置多种治疗方案，支持自定义编辑方案，支持组合方案。</p> <p>13.具备自动阈值检测功能。</p> <p>14.支持多种神经电生理检测项目：MT阈值检测、MEP评估、CMCT、ICI/ICF、CS P。</p> <p>15.治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供大脑解剖定位图辅助定位。</p> <p>16.能够录入保存患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息的功能，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存。</p> <p>17.支持连接医院信息化系统，厂家或供货商负责提供连接医院信息化系统相关硬件及软件，并协助连接医院信息化系统。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磁刺激仪(盆底磁刺激仪)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.配置盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，可放平至180度。</p> <p>2.具有坐位、仰卧位和俯卧位3种不同治疗体位。</p> <p>3.配置至少2个刺激线圈，包括盆底刺激线圈和外周刺激线圈。</p> <p>4.脉冲磁场最大磁感应强度≥7T。</p> <p>6.最大脉冲磁场刺激频率：≥100Hz，可调。</p> <p>7.配置运动诱发电位检测模块。</p> <p>8.刺激线圈工作最高温度≤41℃。具备刺激线圈工作温度超过41℃时具备报警提示功能或停止输出功能。</p> <p>9.具备用软件操作功能。</p> <p>10.具备多种磁刺激模式：标准模式、TBS模式、复合模式等，能够实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激、重复变频刺激、重复变幅刺激等功能。</p> <p>11.具备压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等疾病的临床治疗方案。</p> <p>12.磁刺激治疗方案参数可自定义设置，包括刺激部位、刺激频率、刺激时间、重复次数等参数。</p> <p>13.具备数据管理功能，能够录入保存患者基本信息及实时查询功能。</p> <p>14.支持连接医院信息化系统，厂家或供货商负责提供连接医院信息化系统相关硬件及软件，并协助连接医院信息化系统。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：生物刺激反馈仪(产后康复治疗仪)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>适用范围：产后康复、乳腺治疗</p> <p>1.主机治疗通道≥4个，具备电刺激和肌电采集功能。</p> <p>2.肌电采集范围：10μV~2000μV（r.m.s）</p> <p>3.分辨率：≤0.5μV（r.m.s）</p> <p>4.通频带：≥20Hz~500Hz</p> <p>5.最大刺激电流强度：≥100mA、最小刺激电流强度：≤5mA，刺激电流可调。</p> <p>6.电刺激脉冲宽度：可调。</p> <p>7.电刺激脉冲频率：可调。</p> <p>8.主机具备参数显示屏。</p> <p>9.供电模式：内置电池+外接电源，双供电模式。</p> <p>10.系统具备产后康复和综合康复的治疗方案，包括乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、子宫复旧等。</p> <p>11.具备表面肌电评估功能，并能出评估报告。</p> <p>12.具备生物反馈治疗功能。</p> <p>13.具备腹直肌的触发电刺激训练功能，触发电刺激的频率、脉宽可任意调节。</p> <p>14.产后康复治疗方案具有电极片粘贴示意图。</p> <p>15.具备自动检测通道连接功能，电极脱落有提示保护功能。</p> <p>16.支持连接医院信息化系统，厂家或供货商负责提供连接医院信息化系统相关硬件及软件，并协助连接医院信息化系统。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：婴儿保暖辐射台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.工作电源：AC220V/ 50HZ；</p> <p>2.输入功率：≤1500VA ；</p> <p>3.设置温度与皮肤温度分屏显示；</p> <p>4.肤温控温范围：32℃～37.5℃；</p> <p>5.肤温显示范围：5℃～65℃；</p> <p>6.控温精度：≤0.5℃；</p> <p>7.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；</p> <p>8.床面温度均匀性：≤2℃；</p> <p>9.具备多种故障、报警提示功能：断电、传感器、偏差、超温、肤温传感器脱落等。</p> <p>10.独立的超温保护系统。</p> <p>11.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调。</p> <p>12.婴儿床两侧挡板可向下翻转或拆卸；</p> <p>13.控温方式：预热、手控、肤温控制等</p> <p>14.产品具有自检、温度校正功能；</p> <p>15.产品使用期限：≥八年。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：可视视频喉镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.喉镜与显示屏一体化结构。 2. 配置大、中、小等多种不同规格的镜片。 3. 全防水设计，可浸泡消毒， 4.摄像头内置全密封防水设计LED 光源 5. 配置USB 读取与存储功能大容量 ≥16G TF 卡 6.镜头像素：≥200 万像素摄像头 7.显示屏尺寸：≥3 （英寸） 8.分辨率≥3.72lp/mm 9.光照度：≥150 Lux 10.显示器可左右转动角度0-180° 11.内置电源：可充电高能电池 12.电池持续放电时间≥100min 13.视场角 45°-65° 14.景深 5-100mm 15.具备一键拍照/录像功能
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：皮肤镜图像处理工作站

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、微观摄像机参数</p> <p>1.成像像素≥500万像素；</p> <p>2.LED光源，照度≥3000Lux；</p> <p>3.最大放大等级：≥200X，放大等级支持无极变倍功能；</p> <p>4.适配多镜头罩，支持不同皮损检测，如指缝、耳背、外耳道、鼻腔等特殊部位；</p> <p>5.照明：内置LED高亮度光源；</p> <p>6.成像视觉分辨力：放大等级20时，成像视觉分辨力≥18线对/mm；放大等级≥200时，成像视觉分辨力≥90线对/mm</p> <p>7.具备自动/手动白平衡操作功能；</p> <p>8.镜头：采用光学偏光镜，实时放大，镜头自带偏光功能，支持非偏振、偏振、浸润三种模式,偏振角度能够任意调整</p> <p>二、图像处理工作站参数</p> <p>1.皮肤镜图像处理工作站软件参数工作站提供断电保护功能。断电后重启计算机数据不会丢失。</p> <p>2.具备实时动态高清晰数字图像显示功能。</p> <p>3.具备采集图像、编写报告、打印预览等功能。</p> <p>4.具备图像暂存功能。</p> <p>5.具备≥15种分析方法，包括“三分法”、“七分法”、“Menzies’11分法”、“ABC D法”、“模式法”、“CASH”等分析方法。</p> <p>6.具备诊断提示功能</p> <p>7.具备自动计算测量结果功能。</p> <p>8.具备定标、测量功能、多种倍数定标功能，能够显示刻度尺。</p> <p>9.具备专家诊断图库对比功能。</p> <p>10.具备图像处理及报告编辑功能。</p> <p>11.具备全面详尽的电子皮肤镜报告模版，具有名词注释功能。</p> <p>12.具备便捷的工具对术语、可以对术语、检查部位等内容无限制增添。</p> <p>13.软件系统数据库需涉及病种≥300种，包含常见皮肤肿瘤，至少包含恶性黑色素瘤、Spitz痣、基底细胞癌、血管瘤、脂溢性角化病、银屑病、日光性黑子、色素性光线性角化和皮肤纤维癌等。配备皮肤病皮肤镜图谱的数据库，并对疾病有详细的文字描述。</p> <p>14.如数据库升级或更新，生产厂家提供免费服务。</p> <p>15.报告单模式：至少包含常规图文报告、特异性症报告；</p> <p>16.网络连接要求：支持连接医院信息化系统，厂家或供货商负责提供连接医院信息化系统相关硬件及软件，并协助连接医院信息化系统。</p> <p>17.≥24英寸高清显示器。</p> <p>17.CPU：I5、内存≥8G、硬盘≥1T</p> <p>18.配置激光彩色打印机</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动软内窥镜清洗消毒机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.消毒剂：一次性消毒液，一用一排</p> <p>2.排水装置：采用泵强制排水的方式。</p> <p>3.清洗液、酒精、消毒液计量装置：计量精度$\leq 1\%$；</p> <p>4.消毒液流量控制：消毒液进液量通过流量控制</p> <p>5.内循环流量装置。</p> <p>6.消毒槽数量：2个</p> <p>7.全程清洗消毒时间：≤ 20分钟</p> <p>8.具备防夹手（内镜）保护功能</p> <p>9.具备自身消毒功能：包括设备全管道、槽体进行消毒。</p> <p>10.具备加强消毒功能：能够延长消毒时间，适于阳性传染病人检查后的内镜。</p> <p>11.具备空气干燥功能。</p> <p>12.内镜内腔清洗接头：必须提供奥林巴斯品牌内镜的内腔清洗接头</p> <p>13.具备喷淋清洗功能：能够清洗槽内死角；</p> <p>14.全封闭消毒：洗消槽采用全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露；</p> <p>15.具备无菌水漂洗功能。</p> <p>16.消毒剂取样及检测要求：能够直接取消毒阶段中的消毒剂，实时检测消毒剂浓度。</p> <p>17.报警功能要求：消毒剂不足报警、清洗液不足报警、酒精不足报警、水压低报警。</p> <p>18.具备数据打印功能：能够打印每一条内镜清洗消毒的过程数据，操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间等数据。</p> <p>19.具备参数显示屏，能够显示运行过程的程序名称、洗消日期等；</p> <p>20.控制系统具备管理权限设置功能</p> <p>21.门材质：采用钢化玻璃门。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：低温等离子灭菌器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.容积：≥180L</p> <p>2.腔体材质：防过氧化氢腐蚀、导热性能良好材料。</p> <p>3.腔体温度检测探头数量：≥1，精度≤0.1℃。</p> <p>4.主体保温：防火无毒环保材料。</p> <p>5.门数量：2个，双扉结构，前后门互锁。</p> <p>6.密封门材质：过氧化氢耐腐蚀材料。</p> <p>7.门板具备加热功能。</p> <p>8.门板温度检测探头数量：≥1，精度≤0.1℃。</p> <p>9.具备门障碍开关：具有门障碍开关功能。</p> <p>10.真空泵：耐H₂O₂腐蚀的真空泵。</p> <p>11.配置真空泵相序保护器。</p> <p>12.管路材质：采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接。</p> <p>13.具备提示剩余灭菌剂量功能。</p> <p>14.能够检测灭菌内室压力。</p> <p>15.油雾过滤器：具备排气油雾过滤系统。</p> <p>16.过氧化氢过滤器：具备排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度<0.6mg/m³,并提供检测机构出具的检测报告。</p> <p>17.进气过滤级别≤0.22μm。</p> <p>18.等离子电源：功率≤600W，灭菌后聚四氟乙烯管腔中过氧化氢残留量<0.003mg/cm³,不锈钢中残留量<0.01mg/cm³。系统能够实时监测电源功率与记录，自动判断与处理电源异常故障。</p> <p>19.控制系统：采用PLC控制系统。</p> <p>20.显示屏：采用≥5寸彩色触摸屏。</p> <p>21.配置内置打印机。</p> <p>22.显示屏显示参数：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、灭菌剂使用量和报警信息等。</p> <p>23.打印记录内容：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息。</p> <p>24.程序设置：根据灭菌物品特点，能够设置灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序。</p> <p>25.程序运行时间要求：全循环≤55分钟；软镜循环≤45分钟；快速循环≤26分钟。</p> <p>26.具有倒计时显示功能。</p> <p>27.提供相应检测报告：灭菌效果检测报告、电磁兼容检测报告、细胞毒性检测报告、金属腐蚀性检测报告。</p> <p>28.网络连接要求：支持连接医院信息化系统，厂家或供货商负责提供连接医院信息化系统相关硬件及软件，并协助连接医院信息化系统。</p> <p>29.配置具备打印功能的生物培养箱。</p> <p>30.配置管腔器械干燥器一台。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二氧化碳激光治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>二氧化碳激光治疗仪的参数</p> <p>功能要求：与手术显微镜配合，用于微创治疗咽喉部病变以及组织的切割、凝固、汽化与打孔，配置可视手具及激光显微瞄准器（耳鼻喉科专用手术适配器）。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 激光显微瞄准器：焦距为200mm~400mm。 2.激光显微瞄准器镜片：保证完全不漏光，保护使用者的人身安全。 3.激光显微瞄准器安装：具备有快装、快卸卡口，可与各种进口、国产手术显微镜连接或拆卸，满足不同术式要求。 4.主机具备高速扫描功能、激光能够按设定图形自动扫描（切割、烧灼、汽化）。切割图形有圆弧、直线、圆圈扫描光斑，长短、弧度、形状任意调节及旋转；点面状光斑可逐层汽化0.14mm_5mm组织。 5.瞄准光（指示光）：635nm半导体指示光，亮度可调。 6.配置可视手具，能够连接内窥镜成像系统。 7.二氧化碳激光主机可与激光显微瞄准器配合使用也可以单机操作使用。 8.激光波长：10.6μm。 9.输出功率：最大峰值功率≥100W。 10.输出方式：连续、单脉冲、调制脉冲、短脉冲、图形扫描等多种输出方式。 11.治疗手具：配置f=50mm点阵探头、f=100mm聚焦刀头。 12.脉宽：最小脉宽0.1ms。 13.冷却系统：具备内置冷却系统。 14.电源：AC220V±10%。 15.设备整体设计要求：符合人体工程学的左右手功能，可折叠式导光臂。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脊柱内镜手术系统（UBE）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>配置要求：等离子射频手术系统一台、手术动力系统一台（多功能脚踏开关一个、UBE高速手柄二个、4mm金刚砂、西瓜头各四个）、内窥镜2个、UBE器械二套。</p> <p>一 等离子射频手术系统参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能。具有内镜下切割和止血功能 2.输出功率：额定功率≥300W。 3.等离子切割、消融、凝固、止血功能多档可调 3.最高工作温度≤70℃。 4.具有内镜下消融切割和止血功能。 5.能够用脚踏开关控制切割、消融、凝血功能的开启和停止。 6.具备自动检测附件及刀头功能，在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。 7.主机具有故障自动检测刀头及附件功能，具备故障显示和报警声音提示功能。 8.电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz

9.电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用。

二 手术动力系统参数要求

1.电源：AC220 V±10%，50 Hz±1 Hz

2.设备功率：≥500VA

3.适用范围：骨科或其他外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、磨削、刨削处理。

4.具备参数显示屏：能够显示转速、运行方向、连接手柄、冲水量等参数。

5.最高转速 ≥50,000 转/分，具备调速、高速瞬停、正反转功能自由切换功能。

6.具备冷却功能，配备冷却/冲洗管路。

7.具备故障自动诊断功能，发生故障时能够自动停止工作，并显示故障代码。

8.具备自动识别手柄的种类功能。

9.脚踏开关能够控制手柄启停、转速等控制功能。

10.脚踏开关防水等级 ≥IPX5。

11.高速手柄（动力马达）要求：

11.1电机和导线一体化封闭设计、防水溅，无碳刷电机、

11.2可高温高压消毒，手柄线缆长度≥3.0m。

11.3磨钻头材质要求：医用级不锈钢。

三 内窥镜参数

1.插入部最大外径(内窥镜)：Φ4.0mm

2.内窥镜工作长度：≥175mm

3.视场角：85°

4.视向角：0°

5.设计光学工作距离：4mm

四 UBE器械参数要求：

1.咬骨钳：分体式，咬骨钳手柄，与椎板钳配合使用组成咬骨钳。

2.咬骨钳：工作宽度≤3.0mm，工作长度≤87mm，角度130°。

3.咬骨钳：工作宽度≤3.0mm，工作长度≤87mm，角度130°，弯型椎板钳头。

4.组织钳：直径≤3.0mm，工作长度≥160mm，最大张开角度45°，锯齿状钳头。

5.髓核钳：直径≤3.0mm，工作长度≥160mm，最大张开角度45°。

6.髓核钳：直径≤3.0mm，工作长度≥160mm，最大张开角度45°，钳头上翘45°。

7.骨刀：工作宽度≤5.0mm，工作长度≤120mm，直骨刀。

8.骨刀：工作宽度≤5.0mm，工作长度≤120mm，弯骨刀。

9.骨刀：工作宽度≤5.8mm，工作长度≤120mm，工作头端为三角形。

10.脊柱手术用双通道神经拉钩：工作宽度≤6mm，工作长度≤114mm。

11.脊柱手术用双通道神经拉钩：工作宽度≥8mm，工作长度≤114mm。

12.脊柱牵开器：工作宽度≤12mm，工作长度≥60mm。

13.脊柱牵开器：工作宽度≤12mm，工作长度≥70mm。

14.骨锤长度≥240mm

15.独立扩张扩孔器：工作直径≥7mm，长度≥200mm。

16.扩孔器：工作直径≤5mm，长度≥200mm。

17.扩孔器：工作直径≥7mm，长度≥185mm。

		<p>18.扩孔器：工作直径≥9mm，长度≥170mm。</p> <p>19.扩孔器：工作直径≥11mm，长度≤155mm。</p> <p>20.扩孔器：工作直径≥13mm，长度≤140mm。</p> <p>21.扩孔器：工作直径≥15mm，长度≤125mm。</p> <p>22.脊柱手术定位器：双通带定位针工作直径≥5mm，工作长度≥210mm。</p> <p>23.经根探针：工作宽度≥7mm，工作长度≤114mm。</p> <p>24.肌肉剥离器：工作长度≤132mm。</p> <p>25.双通道神经剥离器：工作宽度≤5mm，工作长度≤111.5mm。</p> <p>26.双头剥离器：工作宽度≤3mm，工作长度≤120mm，双头，前端分别为5°和15°。</p> <p>27.终板分离器：工作宽度≥7mm，工作长度≤148mm，头端弯曲5°。</p> <p>28.双通道刮匙：工作宽度≤3mm，工作长度≤150mm，反口45°。</p> <p>29.双通道刮匙：工作宽度≥6mm，工作长度≤150mm，反口45°。</p> <p>30.双通道刮匙前弯：工作宽度≤3mm，工作长度≤150mm，前端为前弯状。</p> <p>31.双通道刮匙前弯：工作宽度≤5mm，工作长度≤150mm，前端为前弯状。</p> <p>32.双通道刮匙前弯：工作宽度≥6mm，工作长度≤150mm，前端为前弯状。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：血液透析装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>技术参数</p> <p>1.治疗功能要求：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤。</p> <p>2.设备使用年限：≥10年</p> <p>3.供水：压力范围：1-4.5bar；温度范围：5℃~30℃。</p> <p>4.透析液温度：35.0~40.0℃，具备超温保护装置。</p> <p>5.最大超滤速度：≥4.00L/h。</p> <p>6.肝素泵：设置范围：0.0~9.0mL/h。</p> <p>7.空气监测器：检测精度：≤0.03mL。</p> <p>8.动脉压：测量范围：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。</p> <p>9.静脉压：测量范围：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。</p> <p>10.TMP：测量范围：-100~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。</p> <p>11.操作屏幕：彩色触摸屏。</p> <p>12.报警提示功能：多种颜色报警指示灯，具有声光报警指示。</p> <p>13.消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。</p> <p>14.配置后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥15分钟</p> <p>15.超滤系统：具备超滤控制系统。</p> <p>16.透析液过滤：配置透析液过滤器支架组件。</p> <p>17.配置网络接口。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：血滤机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>主要技术参数</p> <p>1.治疗功能要求：血液透析、单纯超滤、OHDF和OHF。</p> <p>2.设备使用期限≥10年</p> <p>3.供水压力范围：1-4.5bar，供水温度范围：5℃~30℃。</p> <p>4.透析液温度设置范围：35.0~40.0℃。</p> <p>5.最大超滤速度：≥4.00L/h。</p> <p>6.肝素泵设置范围：0.0~9.9mL/h。</p> <p>7.气泡检测器精度：≤0.03mL。</p> <p>8.动脉压测量范围：-300~+450mmHg。测量精度：±10mmHg</p> <p>9.静脉压测量范围：-300~+450mmHg。测量精度：±10mmHg</p> <p>10.TMP测量范围：-100~+450mmHg。测量精度：±10mmHg</p> <p>11.操作屏幕：彩色液晶触摸显示屏。</p> <p>12.支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。</p> <p>13.设备配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。</p> <p>14.配备透析液过滤器组件。</p> <p>15.具备治疗结束后一键排液功能。</p> <p>16.配置后备电池：停电后自动切换至紧急蓄电池工作模式，继续监视血液循环参数所有报警都能正常工作。</p> <p>17.标准配置通讯接口。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动分药机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.单机可装储的药品品种数≥36种（不含非机储药）。</p> <p>2.最大分包速度（含打印信息）≥50包/分钟，平均分包速度（含打印信息）≥30包/分。</p> <p>3.系统能与医院HIS系统连接，支持二维条码的识别。</p> <p>4.用药数据安全可靠、不泄密，设备生产厂家应具备ISO27001信息安全管理体系统认证。</p> <p>5.安全性能符合国家相关设备安全标准。</p> <p>6.非机储药品的外摆药使用的摆药托盘（DTA）为一层，单层的药槽格子数量≥60格。</p> <p>7.设备的操作台高度距地面920mm（尺寸误差在±10mm）。</p> <p>8.配置内置除湿器，24小时自动除湿。</p> <p>9.所有储药盒须配置智能芯片，能够识别药盒芯片。</p> <p>10.在储药盒底座前面板部位配置有指示灯和药盒编号。</p> <p>11.储药盒种类≥6种，每个药盒前部能够标注药品图片样例，包含药样图片和尺寸标注、药品名称、药品规格、厂家名、条形码、药盒编号等信息。</p> <p>12.具备缺药时报警提示功能。</p> <p>13.储药盒须全部采用褐色避光半透明设计，药盒有独立防潮层、防紫外线功能。</p> <p>14.药盒底座背板掀起度角≥30°。</p> <p>15.药品包装膜须采用折叠膜一面透明。</p> <p>16.药品包装膜须低温（90度以下）热封。</p> <p>17.具有单次药品自动分包功能。</p> <p>18.设备的包装机部分对应的外壳有透明视窗设计。</p> <p>19.药袋打印系统：在包装袋表面任意编辑打印内容，服药信息（包括：病区、病房、病床、患者ID、厂家还有条形码等），可选择不同字体、图标及打印方向。</p> <p>20.开机自检功能。</p> <p>21.自动提示故障位置的功能。</p> <p>22.具备完善的全中文报警提示系统：药品填充报警、包装膜补充报警、碳带更换报警、包药单元位置异常报警、包装膜异常报警。</p> <p>23.库存管理功能</p> <p>24.药品单包功能，对于某些特殊药品能够进行单独分包。</p> <p>25.药品统计功能，根据日期显示统计单，统计一个时间段内的发药量。</p> <p>26.支持医院信息化系统的连接，并提供相应的软件及硬件，协助院方完成信息化连接工作。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8.成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	15.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表 目录 封面

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评审程序

- 1.符合性审查
- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	本项目不收取。
2	投标报价	1.投标报价只能有一个有效报价且不超过单价、总价采购预算或最高限价； 2.投标报价不得缺项、漏项；

3	响应文件规范性、符合性	1.响应文件的签署、盖章等符合询价通知书第七章响应文件格式与要求； 2.响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	供应商提供“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。（格式详见附件）
5	技术部分实质性内容	1.对供应商的《分项报价表》进行评审，明确所投标的是否具有产品品牌、规格型号，所填写内容须真实； 2.对供应商的《技术偏离表》进行评审，响应文件应当对询价通知书第三章技术标准与要求中提出的要求和条件作出明确响应，按照询价文件中标记“●”的技术要求提供相关佐证材料，并满足询价文件中标记“★”的全部实质性要求。
6	其他要求	询价文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

采购包1:

采购包1:

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	15.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	分项报价表 开标一览表 封面 目录
---	-----------------------	------------------	--------	---	----------------------------

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1.采购人代表：</p> <p>2.采购代理机构代表：</p> <p>3.第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4.其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

资格符合分册:

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 联合体协议

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

技术商务分册:

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 投标人业绩情况表

报价分册:

详见附件: 分项报价表

详见附件: 开标一览表