

消毒供应室设备采购项目

公开招标文件

采购单位名称：达拉特旗人民医院

采购代理机构名称：内蒙古和誉建设项目管理有限责任公司

项目编号：**ESZCDQS-G-H-250170**

2025年11月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古和誉建设项目管理有限责任公司 受 达拉特旗人民医院 委托，采用公开招标方式组织采购 消毒供应室设备采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 消毒供应室设备采购项目

项目编号： ESZCDQS-G-H-250170

采购计划备案号： 429[2025]02794

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 5,699,700.00

采购包最高限价（元）： 5,699,700.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	多功能清洗中心	1.00	350,000.00	套	工业	否	否	否	否
2	全自动清洗消毒器	2.00	700,000.00	套	工业	否	否	否	否
3	极速生物阅读器	1.00	50,000.00	套	工业	否	否	否	否
4	洁净气源	2.00	220,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	绝缘检测仪	1.00	35,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	立式网框储存架	4.00	100,000.00	套	工业	否	否	否	否
7	低温等离子（体）灭菌	2.00	540,000.00	台	工业	否	否	否	否
8	电动密封车	6.00	180,000.00	台	工业	否	否	否	否
9	洁净蒸汽发生器	3.00	315,000.00	台	工业	否	否	否	否
10	医用真空干燥柜	1.00	100,000.00	台	工业	否	否	否	否
11	内镜清洗工作站	1.00	150,000.00	套	工业	否	否	否	否

12	追溯系统	1.0 0	300,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
13	水处理设备	1.0 0	250,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
14	图文检测系统	1.0 0	135,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
15	封口切割一体机	2.0 0	100,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
16	脉动真空灭菌器	1.0 0	430,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
17	全自动清洗消毒器	1.0 0	1,150,000 .00	套	工业	是	否	否	否
18	清洗工作台	11. 00	49,500.00	套	工业	否	否	否	否
19	清洗喷枪	5.0 0	19,000.00	台	工业	否	否	否	否
20	污物车	4.0 0	14,000.00	台	工业	否	否	否	否
21	洗眼器	1.0 0	1,100.00	套	工业	否	否	否	否
22	洗手盆	3.0 0	54,000.00	台	工业	否	否	否	否
23	器械检查打包台	4.0 0	36,000.00	个	工业	否	否	否	否
24	包布检查打包台	2.0 0	14,000.00	个	工业	否	否	否	否
25	器械检查放大镜	5.0 0	2,500.00	个	工业	否	否	否	否
26	敷料柜	2.0 0	21,000.00	个	工业	否	否	否	否
27	器械柜	2.0 0	19,600.00	个	工业	否	否	否	否
28	多功能台	2.0 0	22,000.00	个	工业	否	否	否	否
29	贮槽平台车	2.0 0	7,000.00	台	工业	否	否	否	否
30	平板送物车	2.0 0	6,000.00	台	工业	否	否	否	否
31	包布车	2.0 0	6,000.00	台	工业	否	否	否	否

32	平板货架	4.0 0	26,000.00	套	工业	否	否	否	否
33	疏列式货架	10. 00	42,000.00	套	工业	否	否	否	否
34	蛋白残留培养 阅读器	1.0 0	45,000.00	台	工业	否	否	否	否
35	能量吊塔	4.0 0	100,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
36	姿势控制训练 系统	1.0 0	110,000.0 0	套	工业	否	否	否	否

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、特殊资格要求：经销商投标需具有有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，生产商投标需具有有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属于医疗器械的需提供有效的《医疗器械注册证》，脉动真空灭菌器制造商需具有《特种设备生产许可证》。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古和誉建设项目管理有限责任公司

地址： 内蒙古自治区包头市青山区传媒大厦B座2107室

邮编： 014030

联系人： 方家圆、苏婧

联系电话： 04722773316、04722773244

采购单位名称： 达拉特旗人民医院

地址：鄂尔多斯市达拉特旗

邮编：014300

联系人：郝轶霏

联系电话：04773946814

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

19	有效投标人家数	采购包1: 3家
20	中标供应商数量	采购包1: 1名
21	中标候选供应商数量	采购包1: 3名
22	报价形式	详见第一章,“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1: 组织现场踏勘: 否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包, 本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起 120 日历天
26	其他	供应商中标后, 须提供与电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件一式4份。纸质投标文件要求由投标文件制作工具直接打印、装订后并加盖单位公章, 如与电子版投标文件内容不一致所引起一切法律责任及不良后果, 由投标单位自行承担。纸质投标文件中所有要求盖章、签字的地方都要求按招标文件“签字、盖章要求”执行。打印注意事项: 投标文件提倡A4纸双面打印。纸质投标文件要以胶装形式牢固装订。按招标文件中“投标文件格式”的顺序装订成册, 牢固装订是指装订好的投标文件不至于在翻阅时散开或用简单的方式将其中一项取出或将其他文件插入, 各种活页装订、打孔式、塑料方便式书脊插入装订的不认为是牢固装订。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标, 流程如下:

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上投标操作, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网(<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>)进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要投标的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目投标信息页面, 在右侧选择要投标的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后, 获取所投项目招标文件, 并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳(如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金, 同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行投标信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称, 且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息, 将投标保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: ***、采购包: ***的投标保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中, 同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后**5**个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起**5**个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起**5**个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指达拉特旗人民医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古和誉建设项目管理有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
特殊资格要求	经销商投标需具有有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，生产商投标需具有有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属于医疗器械的需提供有效的《医疗器械注册证》，脉动真空灭菌器制造商需具有《特种设备生产许可证》。

落实政府采购政策的资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的

投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量的提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

达拉特旗人民医院消毒供应室设备采购

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1:

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	合同签订后60天内完成交货、安装及验收
2	★	标的提供地点	达拉特旗人民医院
3	★	合同履约期限	合同签订后60天内完成交货、安装及验收
4	★	合同履约地点	达拉特旗人民医院
5	★	验收要求	1.各种货物必须提清单，按清单验收货物 2.货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 3.按照依据国家及行业标准进行验收
6	★	合同支付方式	1、验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的50.00% 2、验收合格正常使用6个月后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00% 3、验收合格正常使用12个月后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的10.00%
7	★	履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

8	★	其他	<p>1.质量要求：保证货物为全新、未使用的，符合国家质量标准的合格品。</p> <p>2.质保期：3年</p> <p>3.投标供应商可在投标前实地勘测安装场地，确保所投设备（外形尺寸需满足现场条件）可顺利安装、就位及运行。（提供加盖供应商公章的承诺书，格式自拟）</p> <p>4.设备搬运、安装过程中若需拆改现有装修，中标供应商须提前制定方案并经院方确认，完工后按原标准恢复并承担全部费用。（提供加盖供应商公章的承诺书，格式自拟）</p> <p>5.中标供应商负责将院方现用脉动真空清洗消毒器搬迁至新址，包含拆装、搬运、搬迁、安装调试及必要的装饰装修，确保验收合格，并承担全部费用。（提供加盖供应商公章的承诺书，格式自拟）</p> <p>6.中标人负责将院方现用2台脉动真空灭菌器搬迁至新址，包含拆装、搬运、安装调试及必要的装饰装修，确保验收合格，并承担全部费用。（提供加盖供应商公章的承诺书，格式自拟）</p> <p>7.供应商免费完成设备与信息化管理及质量追溯系统对接，实现数据自动传输（提供加盖供应商公章的承诺书，格式自拟）。</p>
---	---	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.技术标准与要求

采购包1:

标的名称：多功能清洗中心

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.该设备适用于重复使用的诊疗器械、器具和物品的预处理蒸汽清洗、酶洗、超声、终末漂洗、煮沸消毒和干燥。
2		2.材质要求：台面及背板采用不锈钢，槽体采用316L不锈钢，超声槽厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，其余槽体厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；
3		3.台面形状要求：沥水台面四周采用滚筋结构，中间低四周高。
4		4.清洗槽规格要求：容积 $\geq 80\text{L}$ ，最大可满足长度 $\geq 700\text{mm}$ 的内镜及手术器械的清洗，配有抽取式水龙头；配有高压清洗水枪和气枪
5		5.配备蒸汽清洗机
6		5.1结构要求：具有多方位通风口，具有排风装置
7		5.2容器容积： $\geq 5\text{L}$
8		5.3控制系统与设备一体式。
9	★	5.4液晶显示屏，任意显示汉字及字符。
10		5.5★喷蒸汽系统具有安全连锁功能：手柄按键式，与系统工作模式安全连锁，按键仅在喷蒸汽模式下可激活。
11		5.6▲蒸汽压力值可调，最小值：0Mpa，最大值 $\geq 0.55\text{Mpa}$
12		5.7防护罩材质采用透明亚克力，板材厚度 $\geq 8\text{mm}$ ，手动升降结构
13		5.8具有过热保护功能
14		6.配备酶洗槽
14		7.超声槽：配备超声波清洗机

15		8.终末漂洗槽：配备折叠式水龙头
16		9.煮沸消毒槽：配备煮沸消毒器
17		10.配备干燥台
18		11.供排水系统：不锈钢水龙头、不锈钢落水器
19		12.配备满足开展正常洗消工作的其他所有附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动清洗消毒器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于手术器械、器皿、托盘、碗类、麻醉器械以及各种专科器械（腔镜器械、口腔科器械、眼科器械）等的清洗、消毒和干燥。
2	★	2.★ 单舱有效容积≥520L。
3		3.▲ 主体材质：设备清洗舱体采用316L或更优级别的不锈钢制造。
4		4.清洗架的注水口位于清洗腔体的侧面。
5		5.舱门采用自动下开门方式。
6		6.搬运系统：外搬运车需自带清洗架定位防滑落装置，并具备与设备快速对接的固定功能
7		7.快速管路：快速预热水箱，双水箱
8		8、控制流程：设备应能全自动控制预洗、清洗、漂洗（两次）、消毒、干燥等完整流程。
9		9.人机交互：配置≥8英寸彩色触摸屏，支持前后双屏显示，能动态展示各部件的实时运行状态与关键参数（如温度、时间、压力等）。
10		10.数据记录：系统需能自动记录并打印每个运行周期的过程参数和A0值。
11		11.具备超温保护、防干烧保护、风压低保护、门障碍保护等多重安全装置。
12		12.置程序≥30套，并允许采购人根据实际需求自定义清洗消毒程序。
13		13.▲节能指标：单步水耗量≤32L。
14		14.▲装载能力：最大装载量≥18个标准器械托盘。
15		15.▲具备变频清洗功能。
16		16.加热方式：采用蒸汽加热。
17		17.为保证卫生安全性与清洗消毒灭菌效果，投标产品为一类消毒产品
18		18、配置： 全自动清洗消毒器：2台 五层清洗架：≥1个 六层清洗架：≥1个 碗盘清洗架：≥1个 湿化瓶清洗架：≥1个 消毒内车：≥2台 外对接车：≥4台 标准器械托盘：≥36个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：极速生物阅读器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 检测通量：培养通道数≥10个
2		2. 检测速度： 2.1培养时间 ≤0.5小时 2.2 阳性结果报警时间最快 ≤ 15分钟
3		3.温度适应性：可同时兼容高温与低温培养试剂，实现通用化培养检测。
4		4. 人机交互： 4.1屏幕尺寸 ≥ 7英寸彩色触摸屏 4.2屏幕分辨率 ≥ 800 × 480
5		5.结果输出：内置或连接打印机，可自动打印培养结果报告。
6		6.数据管理： 6.1自动存储培养记录，存储容量≥10,000条。 6.2存储空间具有自动报警功能。
7		7.可定期提供温度验证与荧光验证
8		8.标准配置： 生物阅读器主机：1台 电源适配器：1个 报告输出装置：1台
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洁净气源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1用途：用于生成符合医疗用途的洁净压缩空气
2		2.电源：AC380V±10%，三相五线制
3		3.系统由无油静音空压机单元、储气罐、深度净化干燥模块、智能控制系统等组成，一体式结构，具有吸音减震装置。
4	★	4.★气源核心：≥4泵头交替连续工作，单机最大产气量 ≥400L/min
5		5.输出压力：压力可调，满足医疗设备常用压力范围
6		6.▲无油静音空压机设计免维护使用寿命≥6000小时。
7		7.系统供气量：最大输出流量≥1600L/min
8		8.具备≥3级过滤系统，过滤精度≤0.01μm。
9		9.▲具有深度净化干燥模块
10		10.具备自动排水功能。
11		11.控制与显示：PLC控制器；配置≥7英寸彩色触摸屏，实时显示设备运行状态、压力、流量等参数；具备故障自诊断、维护提醒、数据记录及预警功能。
12		12.▲储气单元：储气罐容积 ≥ 400 L，内壁具有抗菌涂层。
13		13.如有安全阀、压力表等安全附件，需提供各2套（1套检定合格后装机，1套备用）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：绝缘检测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 输出电流：≤ 0.1 mA
2		2. 输出电压精度：≤±0.1%
3		3. 平均功耗：≤0.8 W
4		4.内置电池：≥10000 mAh锂电池
5		5.续航时间≥ 48 h
6		6. 控制系统：彩色触摸屏
7		7. 触发方式：脚踏开关控制检测启停
8		8. 交付内容： 检测仪主机：1台 探测附件套装： 探测手柄：≥1个 尖嘴连接线：≥1条 转换接头：≥1个 三孔探测板：≥1个 探测钩：≥1个 探测刷：≥1套 探测环：≥1个 导通短接器：≥1个 脚踏开关：≥1个 铝制包装箱：≥1个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立式网框储存架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质： 不锈钢
2		2.结构： 立式网筐存储，双侧可取，配脚杯，可存放不少于40只标准篮筐
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：低温等离子（体）灭菌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.★容积≥160L
2	★	2.★灭菌剂：过氧化氢
3		3.腔体结构及材质：铝合金材料（或更优材料）矩形腔体。
4		4.舱门配置：电动升降式启闭舱门
5		5.便捷操作：具备脚踏开关功能。
6		6.管路系采用304不锈钢，卡箍式连接
7		7.▲过氧化氢胶囊及加注：卡匣式。
8		8.智能管理：卡匣安装后具备计数记忆功能，并提示剩余胶囊数量及可运行循环次数。

9		9.灭菌剂用量：标准模式≤10ml
10		10.具备过氧化氢提纯功能，提纯后浓度大于95%。
11		11.配置≥3个压力传感器。
12		12.▲采用PLC控制系统
13	★	13.★具备对器械的真空干燥功能。
14		14.打印记录：配备微型热敏打印机，打印记录保存时间≥5年。
15		15.显示内容：显示屏可实时显示温度、压力、时间、循环模式、过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等。
16		16.打印信息：打印记录需包含程序名称、灭菌日期、锅次、起止时间、生物结果及灭菌全过程的压力、温度、各阶段时间与结束状态。
17		17. ▲专用程序：针对不同器械提供快速灭菌程序，周期时间要求如下： 腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、导光束等常规器械：≤ 55分钟 软式内镜：≤ 45分钟 物品表面：≤ 30分钟
18		18.智能提示：具备倒计时显示功能，并能根据装载情况自动调整剩余时间。
19		19.▲灭菌能力：需能处理聚四氟乙烯管腔（直径1mm，长度2000mm）及不锈钢管腔（直径1mm，长度500mm），并提供第三方机构出具的合法有效的灭菌效果、毒理学及腐蚀性检测报告。
20		20.单机配置：主机1台，灭菌篮筐2个
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电动密封车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主体材质：整车主要结构采用不低于304不锈钢
2		2.动力系统：配置电动机、可充电电池及控制系统，支持电动驱动前进/后退，可由操作者手动操控
3		3. 行走机构：前轮为定向驱动轮，后轮为万向轮，配备水平把手
4		4. 制动安全：电机具备断电自锁功能
5		5.行驶性能： 5.1速度可调，最大行驶速度≥ 5 m/s 5.2续航能力：续航时间≥7小时
6		6.紧急安全：配置急停开关
7		7.防撞配置：车身底部四周加装防撞缓冲块
8		8.电量管理：配备液晶显示屏，可实时显示剩余电量，提醒及时充电
9		9.顶部设有附加储物槽
10		10.交付清单： 电动密封转运车：6台 电源适配器：6台
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洁净蒸汽发生器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.★产气量：≥150kg/小时
2		2.▲设计压力：≥0.7MPa
3		3.设计温度：≥170℃
4		4.功率：≥120kW
5		5.容积≥45L
6		6.材质要求：受压元件采用不低于304的无缝钢管
7		7.保温设计：主体采用玻璃丝棉保温
8		8.控制核心：可编程控制器(PLC)或高性能嵌入式单片机
9		9.▲配备液晶显示屏，实时显示温度、压力、时间、运行状态及故障报警等内容。
10		10.水位控制：磁翻柱液位计
11		11.具有双重加热保护功能（液位控制器+温度控制器），缺水时自动断电
12		12.超压保护：压力控制器和安全阀双重保护
13		13.具有过电流保护功能
14		14.排污系统：自动排污+手动排污球阀双配置
15		15.设计寿命：≥8年
16		16.主机1台/套
17		17.提供安全阀、压力表各2套（1套检定合格后装机，1套备用）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用真空干燥柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用途：用于对各类复用性手术器械、腔镜器械、精密器械及管腔器械进行全自动真空干燥
2		2.外观：整体全不锈钢拉丝外罩
3		3.舱体材质：铝合金防锈板焊接成型
4		4.舱体结构：方形双舱设计，上下舱体可独立运行；单舱深度≥700mm，可容纳≥2个标准器械托盘
5		5.密封门：不锈钢门框，不锈钢拉丝板门罩，前后双门结构，配钢化玻璃视窗
6		6.过滤器：高效空气过滤器，过滤精度≤0.3μm
7		7.控制显示：≥7英寸彩色触摸屏，实时显示温度、压力、时间、故障信息等参数
8		8.操作功能：一键启动，故障自检，内置≥10套程序（含≥4套默认程序）
9		9.标准配置：主机1台，专用篮筐≥4个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：内镜清洗工作站

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.清洗流程：初洗→酶洗→超声清洗→终末漂洗→干燥
2		2.槽体与台面材质：清洗槽、一体化干燥台、装饰背板、功能灯箱、转角台等主要部件均采用高分子复合材料。

3		3.无菌水系统： 3.1配置水处理装置与UV无菌水生成装置，产水流量≥0.5吨/小时，过滤精度≤1微米 3.2清洗全过程各环节均使用系统自产的一次性流动无菌水。
4		4.内嵌式超声波清洗机： 4.1功率≥500W，频率≥40kHz
5		5.干燥系统： 5.1内镜表面热风干燥装置，温度可调，风量大小可调。 5.2一体化干燥台，与清洗流程无缝衔接。
6		6.气源系统： 6.1医用无油空压机，输出压力0-0.8MPa可调，最大产气量≥100L/min，噪音≤60dB
7		7.配置： 7.1 初洗槽、酶洗槽、超声清洗槽、终末漂洗槽、干燥台 7.2 304不锈钢材质高压气枪、高压水枪，≥配备8种可更换专用喷头。 7.3 满足开展正常洗消工作的其他所有附件
8		8.操作界面：嵌入式控制面板，集成于功能背板，操作立面平整无凸
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：追溯系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.★系统设计需完全遵循国家卫生健康委员会最新发布的消毒供应中心管理规范。（提供加盖供应商公章的承诺书，格式自拟）
2		2.采用一维或二维条码作为追溯载体，为每个消毒包赋予唯一身份标识，所有流程数据均存储于中心数据库服务器。
3	★	3.★中标供应商需负责实现本系统与院方消毒供应中心设备的系统对接，并承担由此产生的所有费用。（提供加盖供应商公章的承诺书，格式自拟）
4		4.具备完善的基础数据维护功能，涵盖：消毒包及类型、器械及类型、科室及分组、人员、设备、一次性物品、生产厂家、供应商等信息。
5		5.回收管理：支持扫描、请领、借用等多种回收方式。记录回收人、时间、科室等信息。支持包内容物图片显示、语音辅助清点、丢失损坏登记、加急或感染标记及记录查询。
6		6.清洗管理： 6.1清洗登记：支持机器清洗与手工清洗登记，建立消毒包与清洗设备、批次的关联。 6.2清洗检查：支持扫描或人工登记清洗检查结果。
7		7.包装管理：实现包装检查登记与条码打印。记录包装人、检查人、时间、灭菌/失效日期。支持包内容物图片显示与打包指导。标签支持打印≥6项信息及包内容物。支持自备包、敷料包管理及记录查询。

8		<p>8.灭菌管理：</p> <p>8.1灭菌登记：建立消毒包与灭菌设备、批次的关联。</p> <p>8.2灭菌检查：支持扫描或人工登记灭菌检查结果。</p> <p>8.3智能判断：灭菌登记时系统应能判断消毒包是否适宜当前灭菌方式（高温/低温），防止误放。</p>
9		9. 无菌品管理：实现无菌库库存管理、库存预警、过期物品拦截等功能。
10		10. 发放管理：支持扫描、请领、导入、借用等多种发放方式。记录发放人、下送人、发放科室。必须具备有效期检测与生物监测放行核查功能。支持发放记录查询。
11		11. 外来器械与植入物管理：实现外来器械、厂家、病人、手术等信息的录入与管理，支持信息字典自动维护。
12		12. 手术室管理：实现消毒包接收、使用、库存管理、器械清洗、加急处理。提供标准接口与医院信息系统对接，关联病人与消毒包信息。支持相关查询与通知功能。
13		<p>13. 智能校验：</p> <p>13.1清洗登记时，系统能判断同批次清洗的消毒包是否适宜一同清洗。</p> <p>13.2支持复杂器械的清洗分类指导与消毒包打包指导。</p>
14		14. 发放限制：系统需强制进行生物监测放行核查，并拦截过期物品的发放。
15		<p>15. 全程追溯：</p> <p>15.1支持通过消毒包条码查询其全生命周期所有流程信息及清洗灭菌数据。</p> <p>15.2支持“包到病人”和“病人到包”的双向追溯。</p> <p>15.3 支持消毒包状态、分布、操作日志查询。</p> <p>15.4 支持单个或批量消毒包召回功能。</p>
16		16. 综合查询统计：能生成消毒包回收、打包、发放统计、人员工作量统计、设备使用统计、消毒包状态查询等多种报表。
17		17. 护士长管理平台：提供流程监控、设备运行状态查询、基础数据维护、权限管理、追溯信息查询及各类报表查看功能。
18		18. 系统集成：追溯系统与清洗灭菌设备集成，服务器、微机、设备控制系统组成连通的网路。为避免接口纠纷，供货商提供软件需与整包消毒灭菌设备及追溯系统配套使用，并与现有消毒供应中心设备配套。
19		<p>19. 设备数据监控：</p> <p>19.1设备服务端能实时采集设备运行参数（如温度、压力、时间等）并存储。</p> <p>19.2 设备客户端能实时显示设备运行状态，并生成清洗灭菌报表和参数趋势图。</p> <p>19.3支持设备历史运行数据及每批次处理消毒包记录的查询。</p>
20		20. 丢失损坏管理：实现器械丢失损坏登记与补充登记，支持相关统计。
21		<p>21. 一次性物品管理：实现一次性物品的仓储管理（入库、出库、盘点）、库存预警及统计功能。</p> <p>科室请领功能：实现消毒包与一次性物品的请领、请领与发放记录查询。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：水处理设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.产水用途：供应消毒供应中心内全部用水单元，包括单舱清洗机、多舱清洗机、清洗槽、外车清洗、清洗喷枪、超声波清洗机、热水器、洗眼器、蒸汽灭菌器等
2		2.工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等
3	★	3.★产水量：≥2000 L/H
4	★	4.★产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理》要求，电导率≤15μs/cm（25℃）
5		5.主要工艺流程：预处理+单级反渗透+纯水恒压供水
6		6.预处理系统：配备石英砂过滤器、活性炭过滤器、软化装置、精密过滤器及相关辅助设备，预处理系统具备自动正洗、反洗和再生功能
7		7.反渗透系统：具备运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗功能
8		8.纯水水箱：带液位控制器
9		9.纯水供水系统：变频恒压供水
10		10.控制系统：采用全自动控制，具备自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等功能，同时具备手动操作功能
11		11.运行方式：系统相关设备受"水箱液位+压力+流量"联锁控制自动运行
12		12.应急控制：具备自动/手动切换功能
13		13.安全保护系统：具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高水压保护、过载保护、RO膜自动冲洗等功能
14		14.▲配备防抽扁和漏水保护装置
15		15.水质监测：配备在线电导率仪，实时监测产水水质
16		16.流量监测：产水端设流量计，监控产水量及水利用率
17		17.▲管路系统：采用专用管道，无死角
18		18.标准配置：主机1台，≥2000L纯水水箱1台，盐箱1台
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：图文检测系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 系统组成：主要由超细内窥成像单元、便携式主机及专用图像处理软件、专用工作站等构成。
2		2. 插入管规格： 插入管长度：≥ 1.5米，管体具备清晰的长度刻度标识。 外径尺寸：头端部及插入管外径 ≤ 2.6毫米。
3		3. 成像性能： 摄像头：有效像素 ≥ 30万。 图像显示：成像清晰，可实时显示于电脑屏幕。
4		4. 防护等级：检测系统外表面及插入管具备防水功能，整体可耐受浸入水中操作。
5		5. 连接与主机：成像系统可便捷与专用工作站连接；

6		6. 专用软件可实现： 图像采集、存储、浏览与后期处理。 一键生成标准化检测报告并支持打印。 采用一机一码的加密授权方式
7		7.标准配置 成像主机（含超细插入管）：1台 专用工作站（含预装正版专用图文处理软件）：1台 必要配件：1套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：封口切割一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 外壳材质：不低于304不锈钢
2		2. 封口速度：≥10 ± 0.5 m/min
3		3. 切割宽度：≤ 400 mm（支持多卷材料同时切割与封口）
4		4.工作温度：60 ~ 220 °C（可调）
5		5. 控温精度：≤ ±1%，并具备过热自动保护功能
6		6.控制显示：≥ 7英寸彩色液晶触摸屏，采用智能操作系统
7		7.具有打印功能，可在封口上打印≥6项标识信息
8		8.自动化操作：具备自动进纸、切割、封口、打印一体化功能
9		9.自检与记录：具备自运行鉴定功能，可显示并打印封口时间、温度、速度、压力等。
10		10.标准配置 单机配置：主机1台，专用滚轴1套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脉动真空灭菌器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.★设备规格：容积 ≥1500L，电动平移双门结构。
2	★	2.★验证服务：依据《WS310-2016规范》，合同约定的保修期内每年物理参数验证（温度、压力、时间等）由中标供应商负责，提供国家认可的合规报告，并承担相应费用（提供加盖供应商公章的承诺书，格式自拟）。
3		3.▲安全附件要求：提供安全阀、压力表各2套（1套检定合格后装机，1套备用）。
4		4.主体结构：采用环形加强筋结构
5		5.门板背面焊接加强筋数量≥3个
6		6.▲全自动焊接
7		7.材质：内壳、夹套均采用316L不锈钢或更优材质
8		8.管路系统：不锈钢卫生级管路，卡箍连接
9		9.门体传动：伺服电机配同步带传动，实现门板左右平移，全自动启闭
10		10.密封设计：圆形硅胶门封圈
11		11.减压装置：进气管路自带减压阀

12		12.▲使用寿命：设计使用寿命≥15年或≥30,000次灭菌循环
13		13.排水系统：无压排水
14		14.配备节水降噪装置
15		15.▲工作程序：系统内置≥30套灭菌程序，支持自定义
16		16.▲干燥方式：具备真空干燥、脉动空气干燥等多种模式，支持组合编辑
17		17.循环时间：标准灭菌循环总时间≤55分钟
18		18.灭菌时间：121℃下灭菌时间≤20分钟，134℃下灭菌时间≤5分钟
19		19.具备压力安全联锁功能
20		20.标准配置 灭菌器主机1台 不锈钢消毒车≥1台 外对接车≥2台
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动清洗消毒器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于手术器械、器皿、托盘、碗类、麻醉器械以及各种专科器械（腔镜器械、口腔科器械、眼科器械）等的清洗、消毒和干燥。
2		2.材质要求：设备内腔、外罩及主要结构件均采用304或更优级别不锈钢。
3	★	3.★ 舱体数量：3舱，具备独立的清洗舱、漂洗消毒舱、干燥舱。
4		4.单舱容积：≥500L
5		5.舱门设计：自动上开门，双门，互锁，关门遇障碍时可自动返回。
6		6.▲ 舱体设置钢化中空玻璃观察维修窗
7		7.水系统设计：采用快速预热及双水箱设计。
8		8.干燥系统：采用双风机供风
9		9.装载能力：最大装载量 ≥ 18个标准器械托盘。
10		10.运行效率：在标准器械程序下，连续运行每批次时间≤12分钟。
11		11.▲ 控制系统采用工业级PLC
12		12.▲ 人机界面：配置 ≥10英寸彩色触摸屏，支持前后双屏显示，能动态显示各功能部件运行状态及实时参数。
13		13. 程序设置：内置≥10套预置程序，并提供≥6套用户自定义程序功能。
14		为保证卫生安全性与清洗消毒灭菌效果，投标产品为一类消毒产品

15		14.标准配置 多舱清洗消毒器主机：1套 五层清洗架：≥1台 玻璃器皿清洗架：≥1台 呼吸麻醉管道清洗架：≥1台 标准器械托盘：≥18个 双门互锁电动升降传递窗：≥1台 外对接平台：≥2个 外对接车：≥2台
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洗工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：不低于201不锈钢
2		2.配置：台面下设疏列式隔板，底部配备带刹车万向轮
3		3.尺寸、结构及功能细节，中标人须严格依据院方实际需求进行定制化设计、生产与安装。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洗喷枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		枪体：不低于SUS304不锈钢，防腐防锈
2		喷嘴：配置8种螺旋式清洗喷嘴，支持与枪体快速互换
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：污物车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：不低于201不锈钢。
2		结构：管材折弯Z型设计
3		尺寸、结构及功能细节，中标人须严格依据院方实际需求进行定制化设计、生产与安装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗眼器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		双软性橡胶喷淋头，出水缓压呈泡沫状，防冲伤
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗手盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：盆体采用环保有机人造石，耐化学腐蚀、耐酸碱，适用于医疗环境常用消毒剂。
2		出水方式：配备水龙头，配备红外感应出液系统。

3		人体工学：盆体采用大弧度设计，贴合人体使用姿态，适配操作者身高范围 1.60m至1.80m 。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：器械检查打包台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：不锈钢 配置：双层搁板单元 ×1 ，底部配备带刹车万向轮
2		尺寸、结构及功能细节，中标人须严格依据院方实际需求进行定制化设计、生产与安装。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：包布检查打包台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：不锈钢
2		配置：内嵌照明组件 ×1 ，底部配备带刹车万向轮
3		尺寸、结构及功能细节，中标人须严格依据院方实际需求进行定制化设计、生产与安装。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：器械检查放大镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		光源：荧光灯，光色为日光型，无频闪
2		镜片：镀膜镜片
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：敷料柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：不低于 201 不锈钢
2		结构：四门四层隔板设计
3		尺寸、结构及功能细节，中标人须严格依据院方实际需求进行定制化设计、生产与安装。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：器械柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：不低于 201 不锈钢
2		结构：内置 4 层搁板，柜门带玻璃视窗
3		尺寸、结构及功能细节，中标人须严格依据院方实际需求进行定制化设计、生产与安装。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：不锈钢
2		配置：照明灯×1，背挂储物盒×5，纸塑袋搁架×1，斜口篮筐×1，纸袋切割机×1，10孔插座×2，网线接口×1，搁板×1，底部配备带刹车万向轮
3		尺寸、结构及功能细节，中标人须严格依据院方实际需求进行定制化设计、生产与安装。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：贮槽平台车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：不低于201不锈钢
2		结构：上下双槽，底部配备带刹车万向轮
3		尺寸、结构及功能细节，中标人须严格依据院方实际需求进行定制化设计、生产与安装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平板送物车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：不低于201不锈钢
2		配置：底部配备带刹车万向轮。
3		尺寸、结构及功能细节，中标人须严格依据院方实际需求进行定制化设计、生产与安装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：包布车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：不低于201不锈钢
2		配置：4列横架结构，底部配备带刹车万向轮
3		尺寸、结构及功能细节，中标人须严格依据院方实际需求进行定制化设计、生产与安装。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平板货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：不低于304不锈钢
2		配置：4层平面搁板，底部配备带刹车万向轮
3		尺寸、结构及功能细节，中标人须严格依据院方实际需求进行定制化设计、生产与安装。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：疏列式货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：不低于201不锈钢
2		配置：五层疏列式隔板，承重强，底部配备带刹车万向轮

3		尺寸、结构及功能细节，中标人须严格依据院方实际需求进行定制化设计、生产与安装。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蛋白残留培养阅读器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.设备用途：用于对蛋白残留测试棒进行定量分析，适用于医疗器具清洗效果的验证。
2		2.培养容量：配备≥3个独立计时、独立控制的培养槽，可同时处理≥3个样本。
3	★	3.★灵敏度：≤ 0.3 μg。
4		4.检测范围：0.1 μg ~ 15 μg。
5		5.读数精度：测试结果最小显示单位为 0.1 μg。
6		6.▲培养条件：温度 60℃，时间≤4分钟。
7		7.温度验证：设备配备温度验证接口及外接温度探测器，采购人可自行进行定期培养温度校准，确保检测结果可靠性。
8		8.电源：AC 220V，无需使用电池。
9		9.具有培养结束提示功能。
10		10.数据存储：自动存储最近≥3次培养结果。
11		11.打印输出：可打印检测报告，报告内容至少包括测试日期、时间、蛋白残留具体数值等信息。
12		12.异常记录：当特定培养槽出现异常时，设备可生成包含异常日期、时间及槽号的打印记录。
13		13.异常处理：发生异常的培养槽将自动停用，并提示
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：能量吊塔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主体结构：铝合金或更优材料
2		2.辅助组件：304不锈钢和ABS工程塑料或更优材料
3		3.五孔电源插座：≥6个
4		4.网络接口：≥2个
5		5.医用气源接口：≥2个
6		6.器械搁板：≥1块
7		7.用于悬挂显示屏等终端设备的壁挂式升降支架：≥2套
8		8.器械干燥气枪，≥2个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：姿势控制训练系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.核心功能：用于对人体平衡功能进行量化评估与交互式训练，适用于康复科、神经科等临床场景

2		2.训练体位支持：系统需支持在四点跪位、膝跪位、坐位、站立位（含单脚/双脚）等多种体位下进行静态与动态平衡评估及训练
3		3. 智能评估与分级：可自动分析患者平衡能力，并给出优秀、良好、正常、较差、差五个等级的量化评价
4		4.跌倒风险预测：具备基于平衡极限稳定性的跌倒风险趋势预测功能
5		5. 防代偿监测：配备无线传感器，可监测前后、左右、旋转向运动，当出现异常代偿时系统通过3D人物弹窗及声音提示
6		6.双数据库功能：具备本地与云端双数据库，支持双向同步
7		7. 数据共享：同一云端账号下的数据可实现多设备共享与调阅机
8		8.数据输出：支持评估数据本地存储、彩色打印及图片导出功能
9		9.评估模式：支持静态平衡、动态平衡评估及平衡三联检查
10		10.平衡三联检查：提供睁眼/闭眼、加垫/平铺、5-60秒等多种条件组合评估方式
11		11.评估参数：报告需包含重心轨迹、移动速度、轨迹面积等≥10种参数
12		12.报告显示：支持图像、数值、表格三种显示方式
13		13.虚拟训练：提供如飞行控制训练、虚拟捕鱼训练等互动场景
14		14.方案组合：支持用户自定义多个训练形成组合方案
15		15.器械结合：可结合巴氏球等传统器械进行核心肌群训练
16		16.安全保护：配置可调式站立架，架体标有角度距离刻度
17		17.硬件配置：配备高清显示系统及专用工作站，支持视频信号扩展至投影仪或电视
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残

疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 68.00 分 商务部分 2.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件

	技术指标响应性	<p>投标产品技术参数全部满足或优于招标文件要求的得36分，重要技术参数（标“▲”项）每有一项不满足或负偏离扣2分；其他技术参数每有一项不满足或负偏离扣0.5分，扣完为止。注：1.供应商须对采购文件“采购需求”中技术参数内容进行点对点应答并按要求填写技术偏离表,在引用采购文件的基础上，进行逐条逐项答复和说明，技术偏离表中备注内容需写明佐证文件名称及所在页码及条款号。如技术偏离表中出现缺项、漏项或未按本项要求填写的视为负偏离。2.实质性参数（标“★”项）及重要技术参数（标“▲”项）评审时需提供第三方检测机构出具的检测报告或公开发布的产品彩页（说明书）或制造商官网公示的产品技术参数截图等任意一项佐证文件扫描件或其他公开发布的证明文件；以上佐证文件需真实有效、清晰可辨，佐证文件内容与技术偏离表应答内容不一致或佐证文件不清晰无法辨认或提供虚假文件或未提供佐证文件视为负偏离。</p>	36.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>

产品技术性能	<p>1.视供应商提供的产品技术性能进行综合评审，内容应包括但不限于①技术标准②技术安全性及稳定性③操作便捷性④节能环保及功能配置等，以上4项内容齐全不存在缺陷，得8分，每缺一项扣2分,存在缺陷的每有一项扣1分，扣完为止。（本项所指“缺陷”是指内容不完整缺少关键点，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形）</p> <p>2.技术安全性、稳定性、操控便捷，节能环保，功能配置介绍详细，能够反应出产品优势的，得2分；技术安全性、稳定性、操控性差，不节能环保，功能配置介绍模糊，不能反应出产品优势的，得1分。</p>	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

技术评审	质量保证方案	<p>1.视供应商提供的质量保证方案进行综合评审，内容应包括但不限于①质量标准②质量保证制度③质量保证措施等，以上3项内容齐全不存在缺陷，得3分，每缺一项扣1分,存在缺陷的每有一项扣0.5分，扣完为止。（本项所指“缺陷”是指内容不完整缺少关键点，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形）</p> <p>2.质量保证方案合理可行，能够有效保证产品质量的，得2分；质量保证方案不合理可行，不能够有效保证产品质量的，得1分；</p>	5.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

交货组织方案	<p>1.视供应商提供的交货组织方案进行综合评审，内容应包括但不限于①交货进度计划②包装及运力保障运输方案③拆装、搬运、安装调试及必要的装修装饰方案等，以上3项内容齐全不存在缺陷，得3分，每缺一项扣1分,存在缺陷的每有一项扣0.5分，扣完为止。（本项所指“缺陷”是指内容不完整缺少关键点，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形） 2.交货组织方案合理可行，能够保证按时交货的，得2分；交货组织方案不合理可行，不能够保证按时交货的，得1分。</p>	5.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	售后服务方案	<p>1.视供应商提供的售后服务方案进行综合评审，内容应包括但不限于①服务体系②专业技术人员配备③备品、备件供应方案④售后保养（巡检维护）服务⑤故障检测及维修处理响应时限等，以上5项内容齐全不存在缺陷，得10分，每缺一项扣2分,存在缺陷的每有一项扣1分，扣完为止。（本项所指“缺陷”是指内容不完整缺少关键点，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任何一种情形）</p> <p>2.售后服务方案合理可行，售后服务便捷高效的，得2分；供售后服务方案不合理可行，售后服务脱离实际，不利于采购人的，得1分。</p>	12.0000	主观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>

商务评审	企业业绩	<p>供应商近三年 (2022年10月1日至投标截止时间) 具有类似装备销售业绩，每有一项得1分，本项最多得2分。（评审时以加盖公章的合同原件的扫描件为评审依据，未提供或未加盖公章或扫描件关键内容不清晰无法辨认的，均不予计分。时间以合同签订时间为准。）</p>	2.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2. 合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表