

满达社区卫生服务站医疗设备采购项目(二次)

# 公开招标文件

采购单位名称：伊金霍洛旗阿勒腾席热镇社区卫生服务中心  
采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心  
项目编号：**ESZCYQ-G-H-250044.1B1**  
2025年09月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 受 伊金霍洛旗阿勒腾席热镇社区卫生服务中心 委托，采用公开招标方式组织采购 满达社区卫生服务站医疗设备采购项目(二次) 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称： 满达社区卫生服务站医疗设备采购项目(二次)

项目编号： ESZCYQ-G-H-250044.1B1

采购计划备案号： 435[2025]02252

### 2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 2,046,780.00

采购包最高限价（元）： 2,046,780.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	急救柜	1. 0 0	10,000.0 0	个	工业	否	否	否	是
2	智能互联身高体重仪	1. 0 0	5,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	电子血压计	4. 0 0	2,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	B超专用床（滚动式）	1. 0 0	16,000.0 0	台	工业	否	否	否	是
5	特定电磁波谱治疗器	2. 0 0	1,600.00	台	工业	否	否	否	否
6	中频药物导入仪	3. 0 0	21,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
7	抢救推车	1. 0 0	5,600.00	台	工业	否	否	否	否

8	轮椅	2. 0 0	4,000.00	辆	工业	否	否	否	否
9	治疗推车	4. 0 0	8,000.00	台	工业	否	否	否	否
10	无菌柜	2. 0 0	9,000.00	个	工业	否	否	否	是
11	输液沙发	6. 0 0	18,000.0 0	个	工业	否	否	否	是
12	中药柜	3. 0 0	117,000. 00	个	工业	否	否	否	是
13	西药柜	2. 0 0	13,000.0 0	个	工业	否	否	否	是
14	黄疸仪	1. 0 0	10,500.0 0	个	工业	否	否	否	否
15	候诊椅	6. 0 0	9,600.00	个	工业	否	否	否	是
16	不锈钢货架	4. 0 0	4,800.00	个	工业	否	否	否	是
17	立式多核扫码机	1. 0 0	6,000.00	个	工业	否	否	否	否
18	砭石按摩仪	1. 0 0	2,000.00	个	工业	否	否	否	否
19	温灸仪	4. 0 0	20,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
20	污物车	1. 0 0	680.00	个	工业	否	否	否	否

21	排烟系统	2. 0 0	3,600.00	套	工业	否	否	否	否
22	简易污水处理系统	1. 0 0	20,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
23	医用冷藏柜	2. 0 0	50,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
24	PT床（治疗床）	8. 0 0	6,400.00	个	工业	否	否	否	是
25	DR体检车（包含DR机）	1. 0 0	1,050,00 0.00	台	工业	是	否	否	否
26	便携式彩超	1. 0 0	520,000. 00	台	工业	否	否	否	否
27	心电图机	1. 0 0	30,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
28	冷链室智慧冷藏冷冻箱	1. 0 0	60,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
29	无线温湿度采集终端	2. 0 0	6,000.00	台	工业	否	否	否	否
30	智能交互终端（接种台扫码与电子签核）	1. 0 0	7,000.00	台	工业	否	否	否	否
31	信息交互终端	1. 0 0	10,000.0 0	台	工业	否	否	否	否

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

#### 4.本项目的特定资格要求:

##### 采购包1:

1、资质要求: (1)供应商为生产厂商须提供《医疗器械生产许可证》; 投标人为经销商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》; 2.根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证, 所投设备不属于医疗器械的应提供书面声明。

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求:

无

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

### 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

### 六.联系方式

采购代理机构名称: 鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心

地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗创业大厦C座11层

邮编: 017200

联系人: 孟雄伟

联系电话: 18504771169

采购单位名称: 伊金霍洛旗阿勒腾席热镇社区卫生服务中心

地址: 鄂尔多斯市伊金霍洛旗

邮编: 017200

联系人: 韩婷

联系电话: 15149476399

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名

22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

#### 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

#### 2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；



- (6) 投标文件中提供虚假材料的;
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的;
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后, 撤回投标文件的;
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”, 未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的, 视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时, 请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作, 并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式(投标人无需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件, 同时生成“备用标书”, 投标人自行留存, 涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标, 在开标时间前**30**分钟, 应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时, 投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密, 若出现系统异常情况, 工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行, 由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标, 只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测, 保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的, 采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的;
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式(投标人需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件, 同时生成“备用标书”, 由投标人自行刻录、存储, 涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”, 电子存储设备(**U**盘或光盘)表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时, 投标人应当使用**CA**证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行, 由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标, 只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的, 采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) **CA**证书无法解密投标文件的;
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

### 4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

## 三.说明

### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标

标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

## 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

## 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

## 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指伊金霍洛旗阿勒腾席热镇社区卫生服务中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

## 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

## 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五.投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

**2.1** 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

**2.2** 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

**2.3** 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

**2.4** 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**2.5** 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3.投标有效期

**3.1** 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

**3.2** 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于**3**个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

### 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1. 开标

#### 1.1 程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

#### 1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

#### 1.3 备注说明

1.3.1 投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2 开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

### 2. 资格审查

2.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2 资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

#### 2.3 信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

## 资格审查表

一般资格要求

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具备（2023或2024）年度财务审计报告或其基本开户银行近一年内出具的资信证明（响应文件须附扫描件）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	有依法缴纳税收和社会保障 资金的良好记录:1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
资质要求	(1)供应商为生产厂商须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》； 2.根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证，所投设备不属于医疗器械的应提供书面声明。

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七.询问、质疑与投诉

### 1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**3.3**投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

完善新址设施设备

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	自合同签订至项目质保期结束
2		标的提供地点	伊金霍洛旗
3		合同履行期限	自合同签订至项目质保期结束
4		合同履行地点	鄂尔多斯市伊金霍洛旗
5		验收要求	满足国家及行业验收规范的相关要求
6		合同支付方式	1、全部货物调试安装验收无质量问题后，达到付款条件起90日，支付合同总金额的90.00% 2、验收后满一年无质量问题，达到付款条件起90日，支付合同总金额的10.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1:

标的名称：急救柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.医用急救柜长宽高：≥900mm*400mm*1750mm;
2		2.主体均采用≥0.8mm厚的304不锈钢板。 3..面板为内嵌式结构，门板抽面均为双层结构。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能互联身高体重仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		<p>体重测量方式,压力传感器称重;</p> <p>身高测量方式,采用毫米波传感器, 高频毫米波信号测距;</p> <p>身高测量范围,20-210cm, 鉴定精度:±0.5cm;</p> <p>体重测量范围,2.0-500KG, 鉴定精度:±0.1kg;</p> <p>BMI体型测量,自动计算BMI数值; 正常范围19-24.9, 可自由设置BMI范围, 根据BMI指自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖等;</p> <p>折叠便携,机器采用折叠方式, 整机高度:≥230, 折叠后: ≥120, 折叠后方便携带运输, 配有轮子;</p> <p>LCD显示屏,采用≥7寸;</p> <p>自动语音播报,清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音;</p> <p>数据存储,本机可存储100万条以上测量数据, 并支持U盘导出Excel表格方便汇总统计;</p> <p>测量速度,快速精准测量≥600次/小时;</p> <p>电源电压,采用AC220V/12V直流电源, 输入宽电压适合电压不稳定地区;</p> <p>消耗功率,待机≤10W,工作时平均≤15W;</p> <p>工作环境,温度-10℃至+40℃, 湿度: 20%-85%PH;</p> <p>操作说明书, 合格证, 保修卡, 电源线, 热敏纸, 工具包等;</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 电子血压计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.长≥230mmX宽≥228mmX高≥217mm</p> <p>2.约1500g(不含电池)</p> <p>3.智能自动加压</p> <p>4.数字式显示方式</p> <p>5.示波测定法</p> <p>6.压力0-299mmhg(0-39.9kpa),脉搏数40次/分~180次/分</p> <p>7.压力: 精度±3mmHg(±0.4kPa),脉搏数: 精度±5%</p> <p>8.电源适配件(220v~50/60HZ)、5号干电池。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: B超专用床(滚动式)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、产品名称: 电动检查床
2	★	二、规格尺寸:
3		<p>1、长度: 全长: ≥2100mm; 床面长度: ≥1900mm。</p> <p>2、宽度: 床面宽度: ≥650mm。</p> <p>3、高度: ≥600mm;</p> <p>4、固定式或移动式垫枕。</p>
4	★	5.整床电动水平升降式。

5		<p>三、产品功能与技术参数:</p> <p>1、可承重≥175KG。</p> <p>2、全自动智能纠偏更换检查垫装置。</p> <p>3、具有二套控制系统: (1) 无线遥控器; (2) 床体上控制按键系统; 二套系统均可使用, 方便医生操作。</p> <p>4、床体采用优质钢材, 强度高; 金属件表面达到内外防锈, 涂料有抗菌、防霉、防腐蚀作用。</p> <p>5、5寸医疗专用脚轮, 四个床体使用的脚轮耐磨耐用, 静音效果佳, 安全性高, 推动轻便。</p> <p>6、先进的数字化的控制系统。</p> <p>7、医疗垫单材料为医用无纺布, 也可选配各种规格、多样性的型号。</p> <p>8、床垫为高密度海棉作填充物, 皮套为高仿ASTM皮革。</p> <p>9、配有急停开关, 便于紧急情况下, 医护人员立刻停止检查床的工作。</p> <p>10、输液架选配, 采用可伸缩的四个挂钩, 高度调节: 85-150cm, 负载≥5kg。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 特定电磁波谱治疗器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.产品式样: 立式单大头</p> <p>2.存储条件: -40℃~55℃, 湿度: ≤90%</p> <p>3.电源连接条件: AC220V50Hz</p> <p>4.输入功率: 230W±20W</p> <p>5.电磁波谱范围: 2-25μ m</p> <p>6.计时方式: 电子定时</p> <p>10.治疗头方位角: 0-360°</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 中频药物导入仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.环境温度:+10℃~+40℃环境湿度:30%~75%大气压力:700hPa~1060hPa</p> <p>2.供电电源:220V/50Hz±1Hz输入功率:65VA</p> <p>3.中频频率:2.5(1±10%)KHz~7.5(1±10%)KHz</p> <p>4.脉冲宽度:66(1±10%)μs~200(1±10%)μs.</p> <p>5.调制波频率:0~440Hz</p> <p>6.调幅度:0~100%之间允差:±10%</p> <p>7.输出电压:中频方式:VOPP≥90V 导入方式:VOPP≥80V</p> <p>8.输出模式:</p> <p>①中频(低频调制中频双向) ②药物导入(低频调制中频单向)</p> <p>③热疗(1~3档可调温热输出) ④常温</p> <p>9.输出波形:</p> <p>①基波:脉冲方波</p> <p>②调制波:指数波、前斜/后斜锯齿波、方波、尖波、三角波、正弦波、阶梯波、等幅波</p> <p>10.加热功能:在加热状态下电极板的温度不应超过60℃。</p> <p>11.连续运行工作时间:不低于4小时。</p> <p>12.本产品有效负载电阻为500Q, 以上技术参数应在此负载电阻(其误差不得超过±10%)下测量, 测量值对随机文件中规定的或设备标识的脉冲宽度、脉冲重复频率、幅度值的偏差不大于±30%。</p> <p>13.本产品主要由主机、输出电极板、有线遥控器、治疗导线、电源线及固定绑带组成。</p>
---	--	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：抢救推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格：长宽高≥750*480*930mm</p> <p>1.主要由ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；</p> <p>2.两侧带有扶手，锐器盒，配有304材质不锈钢护栏，输液架，回旋式挂钩；</p> <p>3.车体左侧：除颤器平台可选输液架左右互换、隐藏式副工作台、可拆式档案盒；</p> <p>4.车体右侧：锐器盒、双污物桶；</p> <p>5.车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动电源线；</p> <p>6.车体正面：中控锁，配置有五层抽屉，封口插槽式透明标识卡</p> <p>7.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能</p>

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：轮椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.车架：由优质铝合金焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好；可折叠； 2.前轮：6-10寸实心前轮 3.后轮：20-22寸实心胎后轮，配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计。 4.刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。 5.座靠垫：采用优质蜂巢网布座垫，透气舒适，缝边牢固整齐。扶手：采用优质手垫。 6.护腿板。 7.脚踏板：配置高强度铝合金脚踏板，脚踏板高度可调。 8.安全带：座位配有加厚型按扣安全带。 9.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。 10.可折叠 10.承重：≥150KG.。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：治疗推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格尺寸≥600×450×800mm （手动测量数据，误差符合国家标准） 1. 采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 2. 面板、车身、层板、抽屉厚度≥0.8mm； 3. 采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，可带刹车，稳定性好； 4. 车坚实、美观大方、操作灵活方便。 性能： 1：治疗车分为上下两层，均带有不锈钢护栏，上层带抽屉。采用静音滑轨，抽拉轻松灵活，可存放一次性输液器、棉签、纱布等，另配有塑料污物桶； 2：外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 3：配置优质高级静音脚轮，承重≥50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无菌柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.长宽高：≥900mm*400mm*1750mm;
2		2.主体均采用≥0.8mm厚的304不锈钢板。 3.面板为内嵌式结构，门板抽面均为双层结构。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：输液沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	长宽高尺寸≥800mm*800mm*1000mm

2		面料：优质面料 泡绵：高密度柔软绵 扶手面规格：不褪色，长 ≥50mm，宽 ≥120mm，厚度≥2-3mm，采用实木板； 蛇形弹簧.:采用蛇形螺旋弹簧，厚度≥25mm 五金脚:采用≥1.5Tmm优质冷轧钢椅脚，与地面增加接触面，更加稳固。 底布：采用无纺布。 输液杆：不锈钢材质，可活动升降 气压杆:符合JB/T 8064.2-1996标准。 采用倾仰锁定机构，具有无级锁定功能。靠背倾仰角度为95-170度。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中药柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.规格：长宽高≥1500mm*800mm*2040mm
2	★	2.材质：≥ 1.0mm 厚不锈钢板。
3	★	3.抽屉：≥36个金属抽屉，抽屉内部全封闭，一个金属抽屉内配有3个（≥250*250*140mm）塑料中药盒，总体可装 ≥108 味中药，抽屉带静音滑轨。
4		4.脚轮：采用 ≥3 寸承重轮，其中 2 个定向轮，2 个万向轮，高耐磨，方便中药柜移动位置。 5.调平丝：4个调平丝设计，调整放置中药柜地面不平整，使中药柜更稳定，使用过程中更安全。 6.拉手：拉手采用铝合金小圆拉手，握感舒适，坚固耐用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：西药柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：长宽高≥1400*450*2000mm 2.材质：不锈钢方管，抗磨，耐腐蚀，表面易清理，不裂痕。 3.层板：≥0.8mm厚不锈钢板。 4.空间：产品采用5层空间。 5.脚垫：底部带有防滑橡胶垫，轻巧耐用，承重力大，不易磨损，不易移位。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：黄疸仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品小巧美观，易携带； 2.显示：≥1.3寸TFT显示屏；
2	★	3.供电：可充电锂电池。
3	★	4.测量范围:≥0.0mg/dL-25.0mg/dL(0.0μmol/L-425μmol/L)

4		<p>5.测量精确度:</p> <p>当测量结果为0-15.9 mg/dL (0-270μmol/L) 时测量精度为±1mg/dL(±17μmol/L)</p> <p>当测量结果为16-25 mg/dL (272-425μmol/L) 时测量精度为±1.5mg/dL(±25.5μmol/L)</p> <p>6.存储功能:</p> <p>可以存储50个最近的测量结果, 并可以循环查看存储数据。</p> <p>7.显示单位支持μmol/L和mg/dL;</p> <p>8.测量模式可以切换单次测量和平均值模式;</p> <p>9.设备内置蓝牙模块, 支持数据上传至手机APP软件。</p> <p>10.LED光源, 检测前, 无需等待时间</p> <p>11.节能环保, 开机状态下(非充电时)若无操作, 90 秒内自动关机</p> <p>12.快速充电: 充电时间不超过3小时</p> <p>13.测量次数: 一次充电可测量1000次以上</p> <p>14.校验盘:</p> <p>对黑色屏("00")显示0.0或0.1</p> <p>对黄色屏("20")显示20.0±1</p>
打"★"号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 候诊椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	一、1.三人位; 2.长度≥1700mm×宽≥680mm×高≥810mm 三人位: 自重≥30kg
2		<p>二: 材质工艺结构</p> <p>1、椅座/椅背</p> <p>(1) 材质结构: 优质冷轧钢板, 板面网孔, 座板后背采用六角连接大支架无椅托结构, 支架厚度≥1.1mm, 支撑点V型铁厚度≥4.0mm, 表面经酸洗防锈处理后静电喷涂, 涂层厚度≥70μm, 座面厚度≥1.1mm。</p> <p>(2) 座垫: 尺寸有: ≥宽480mm*深410mm*厚18mm, 座背垫尺寸均一样。</p> <p>(3) 承重压力: 每个座位可承受≥120KG的静止压力。</p> <p>2、扶手、脚</p> <p>(1) 扶手: 扶手面直径宽度≥40mm, 高度≥316mm, 长度≥375mm,表面光滑、色泽饱满, 不易磨损掉漆。</p> <p>(2) 站脚: 直径宽度≥40mm, 高度≥300mm, 长度≥585mm,表面光滑、色泽饱满, 不易磨损掉漆, 脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫, 不会刮损地面。</p> <p>3、横梁: 表面光滑、色泽饱满, 不易磨损掉漆, 横梁两头配有塑料胶塞</p>
打"★"号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 不锈钢货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.规格：长宽高≥1500mm*450mm*2000mm 2.材质：不锈钢方管，抗磨，耐腐蚀，表面易清理，不裂痕。 3.层板：采用优质0.8mm厚不锈钢板，抗磨，耐腐蚀，表面易清理，不裂痕。 4.空间：产品采用3个空间，有效防止各种医疗用品。每层载重≥100kg。 5.脚垫：底部带有防滑橡胶垫，轻巧耐用，承重力大，不易磨损，不易移位。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立式多核扫码机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.分辨率：≥1920*1200 2.帧率：≥60 3.调节对焦范围：400-450mm，三级调节 4.最大视野：≥432*270mm
2	★	5.药品摆放：一次性可同时扫描1-25cm不同高度规格条码
3		6.条码类型（1）一维码：Code39、Code93、Code128、EAN-8、EAN-13、Interleaved 2 of5、UPC、Pharmacode （2）二维码：Micro QR、QR code、DataMatrix、PDF417 7.读码数量：最大支持读取≥100个码 8.触发模式：连续触发、硬件触发、网络触发、感应触发
4	★	9.条码去重：支持条码去重功能,防止重复录入
5		10.语音播报：支持语音数量播报 11.指示灯：支持读码成功/失败指示 12.光源：柔和白光,支持无光源读取 13.通讯参数与供电 通讯接口：网口、串口、USB 通讯协议：TCP/Server、TCP/Client、ModBusTCP、ModBusRTU、Profinet、Ethernet/IP、 MELSEC/SLMP、Fins、Serial、USB HID 电源输入：24VDC，带电源开关；功耗：15W 14. 尺寸安装参数 整机尺寸(MAX)：≥400mm(L)×360mm(W)×450mm(H) 拆装方式：底座支持快速拆装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：砭石按摩仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：PC天然砭石 规格：≥225mm*165mm*92mm 额定功率：≥8W 档位温度：40-60度 输入电压：5V

2	★	无线充电款
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：温灸仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、电源：AC220V 50Hz； 2、最大输入功率:1200VA； 3、运行模式：连续运行； 4、温度控制及误差加热装置的温度应可在 35℃-45℃-55℃三挡可调，误差≤±10%，利用电加热的原理，采用靶向导入法，功率12W，
2	★	内部温度可达到190°至 260°，外部温度≤55°，释放功能温度可达到 170°至 190°。
3		5、治疗时间及误差加热装置治疗时间应可在 1min～60min 范围设置，误差≤±5%。最小调节时 间设定为 1min； 6、连续无故障工作时间温灸仪的连续无故障工作时间不得低于 1000h； 7、 智能刷卡语音控制系统 。 8、显示和设置当前治疗时间和治疗温度。 9、 灸头超温后自动停止加热(切断输出)并发出警示音的功能。按键板会显示相应的提示。 10、机身关节处气动液压装置，自由伸缩固定 。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：污物车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格尺寸：≥800mm*600mm*800mm 1.材料采用≥Φ22mm,δ1.0mm不锈钢管,切割、折压、接、打磨等加工而成结构科学，坚固稳定，经久耐用 2.配有蓝色防水布袋，耐磨，易清理，可以拆下来清洗清洁， 3.不锈钢污衣袋车左右各带有不锈钢把手，使推动不锈钢污衣袋车更方便，把手为不锈钢材质 4.底部配4只3寸医用塑包静音脚轮，四角刹车，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音，刹车牢固。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：排烟系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		1.艾灸专用集气罩。 2.铝箔管 $\geq 2.5$ 米 3.气流调节阀:手动调节。 4.透明排烟罩:亚克力材质、高度透明,形状: 长方型, $\geq 780\text{mm} \times 420\text{mm}$ ; 5.艾灸专用外风机, 需选用低噪声; 6.风管和风机支架性能要求;风管和风机支架须采用优质角铁焊接制做,尺寸根据风管和风机大小确定,结构稳定,外表美观。 7.钢丝升降器。 8.负责安装和后期维护。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 简易污水处理系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	设备尺寸: 1.长宽高 $\geq 460\text{mm} \times 460\text{mm} \times 620\text{mm}$ ;2. $\leq 800\text{mm} \times 800\text{mm} \times 620\text{mm}$
2		(1)设备控制方式:全自动智能控制。 (2)处理水质要求:排放标准符合国家环保最新标准 (3)处理污水类型为实验室污水废水。处理水量: $\geq 200\text{L/D}$ (升/天) (4)储水箱, 可根据要求调整收集水箱体积 (5)工作方式:可24小时连续工作 (6)利用智能系统控制废水中的水质变化和处理流程, 无需专人看守。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 医用冷藏柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、用 途: 适用范围: 适用于医院、药房、防疫站、研究机构、生物制药等单位冷藏物品。 二、主要指标: 2.1、工作条件: 环境温度 $16-32^{\circ}\text{C}$ , 环境湿度: 20-80%, 电压: $187\text{V} \sim 242\text{V}$ , 频率 $50 \pm 1\text{Hz}$ 。 2.2、样式: 立式, 单门。
2	★	2.3、医用冷藏柜有效容积(L): $\geq 315$ 。
3	★	2.4、外部尺寸(宽*深*高): $\geq 650\text{mm} \times 670\text{mm} \times 1700\text{mm}$ 。

4		<p>2.5、内部尺寸（宽*深*高mm）：≥580*533*1122。</p> <p>2.6、净重（KG）：≥87。</p> <p>2.7、内胆材料：HIPS材质，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。</p> <p>2.8、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。</p> <p>2.9、箱内筒状双LED照明系统，功耗低,亮度高,箱体内部一目了然。</p> <p>2.10、压缩机：高效压缩机，静音。</p> <p>2.11、高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（4搁架+1吊篮）。</p> <p>2.12、数码温度屏，显示精度0.1℃,可调阅湿度。</p> <p>2.13、标配门锁，防止随意开启，存储物品安全。</p> <p>2.14、前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放。</p> <p>2.15、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。</p> <p>2.16、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。</p> <p>2.17、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故障、开门、断电报警、电池电量低报警、主控板通讯故障报警、记录仪故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。</p> <p>2.18、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。</p> <p>2.19、风冷式冷凝器。</p> <p>2.20、选配：温度记录打印机，打印时间间隔1~240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。</p>
5	★	2.21、温度USB数据导出接口，默认导出未导出过的数据。
6		<p>2.22、标配RS485接口、远程报警接口。</p> <p>2.23、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。</p> <p>2.24、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。</p> <p>2.25、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。</p> <p>2.26、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。</p> <p>2.27、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：PT床（治疗床）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	产品尺寸：长宽高≥1900mm*800mm*650mm

2		<p>1.床面材质:皮革软面，耐磨不易刮花，无异味，内包≥25mm 厚高弹性海绵，弹性大，不变形</p> <p>2.床架由碳钢金属≥30*50mm厚度≥1.0mm矩形管材焊接，坚固耐用，表面抗菌粉体喷涂，具有抗静电功能，同时达到不生锈，不变形，易擦洗消毒的目的。</p> <p>3.床腿采用≥φ38mm、厚度≥1.2mm的圆管焊接，床腿底部焊接密封处理，光滑平整，并配有 ABS 塑料胶脚套，防滑耐磨，防止床腿(或者椅腿)损伤地面。</p> <p>4.腿架连接板采用≥3mm的钢板连接，以达到产品更加稳固的目的。</p> <p>5.床体金属表面采用自有喷涂线：通过静电粉末喷涂，树脂粉末通过高温固化在金属外表，通过权威检测机构检验认证标准，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：DR体检车（包含DR机）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	总长:车长≥8900mm，总宽:≥2530mm，车厢内高≥2030mm
2		<p>轴荷≥4300/7690kg，前轮距/后轮距≥2110/1890mm，整车最大总质量≤11990kg。</p> <p>额定载客2-9人</p> <p>二、发动机:国内知名品牌</p> <p>发动机型式:直列增压中冷，额定功率≥162KW，排放标准:国六排放</p>
3	★	排放标准:国六排放
4		<p>三、平台标准配置</p> <p>变速箱 1.六档变速器、两软轴操控。排挡杆集成在仪表台上，提供实车照片。</p>
5		<p>行驶系统</p> <p>1、多片簧(前板簧片数≤8,后板簧片数≤9</p>
6		前盘后盘(前后一体化免维护轴承单元)
7		智能节油系统：有智能节油系统
8	★	倒车监视系统：单探头彩色监视器(倒车)
9		轮胎：≥255/70R22.5
10		车联网系统配置参数：1、车辆配置有医疗车专用车联网系统，支持车辆企业运营管理、驾 评管理、售后服务管理，车辆粘贴有车联网注册二维码
11		<p>车联网系统配置参数：2、车联网系统可以支持电脑端登录、支持微信小程序登录。(提供证明截图)3、车联网系统支持运营管理，可以查看车辆数量、车辆位置、运 营里程、能耗等；支持微信小程序车辆巡检，具备一键智能巡检和 外观巡检功能，外观巡检可以手动维护提交结果，智能巡检包含仪 表、发动机、电子风扇、胎压、集中润滑、A BS等。(提供证明截图) 4、车联网系统支持驾评管理，便于改善司机的不良驾驶行为，为 车队提供更加精准的车辆及人员管理服务。提供安全性评分、经济 性评分、舒适性评分等，并提供评分说明。(提供证明截图)5、车联网系统支持售后服务管理，微信小程序可以查看服务经理 姓名电话、查看服务网点、进行预约维保。(提供证明截图)</p>
12		车联网系统配置参数：6、支持视频监控功能，微信小程序可查看实时视频；电脑端可以调 用历史视频。(选装视频监控的车辆支持此功能)

13		<p>四.其他配置</p> <p>1.驻车雷达：有倒车雷达</p> <p>2.通风抑菌装置：有顶风窗通风换气联动功能，乘客门开启时自动启动换气扇，换气扇自动工作10分钟。</p> <p>3、车身保温系统：</p> <p>4、底盘保暖模块：</p> <p>5.车身内饰：原车客车风道，窗帘、围帘为米色系，隔断、家具为白色系(台面为防火板),座椅为米黄拼色，窗帘为布艺窗帘</p>
14		<p>工作台台面：工作台台面采用环保、耐划痕、抗污染的热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板</p>
15		<p>内饰地板革：选用环保、耐磨、防滑、阻燃的地板革。1、环保性能：气味等级(40℃气味等级3.0;80℃气味等级3.5); 甲醛<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>;TVOC<math>\leq 50\mu\text{gC/g}</math>,苯和甲苯<math>\leq 5\mu\text{g/g}</math>。(提供第三方检测报告)★2、耐磨性能：参照GB/T18102,使用P180粒度砂布粘在砂轮上，负载4.9N,60r/min,可以达到循环20000次，不漏底。(提供第三方检测报告)3、防滑性能：纵向和横向防滑性能均可以达到R10。(提供第三方检测报告)★4、阻燃性能：阻燃性能可以达到GB8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。(提供第三方检测报告)</p>
16		<p>车内隔断：结构车内所有隔断主体采用钢骨架+饰面板结构，隔断骨架与整车骨架焊接为一体，整体电泳防腐，隔断厚度<math>\geq 38\text{mm}</math>,隔断无外漏固定点。</p>
17	★	<p>工作设施：摄影车载机房体检设施：机房1套(X线防护水平符合GBZ130车载式医用X射线诊断系统的放射防护要求;).门机联动装置一套，对讲机一套，铅房地板换气装置一套，铅房监控一套，提供CMA机构出具的辐射检测报告（交车时提供）。</p>
18		<p>电动滑移门2套，木质DR操作台1套；可升降工作圆凳1件；</p>
19		<p>铅房后：全自动生化分析区：木质工作台1件，可升降工作圆凳1件；电测听室设施区：电测听室一间，可升降工作圆凳2件，B超/心电检查室设施：检查床1张(下为后高台，上有床垫);木质折叠工作台1件；可升降工作圆凳1件；检查室1套；围帘一套</p>
20		<p>五.市电空调设施 风管式中央空调1套，技术参数如下：1.空调形式：空调，两台</p>
21		<p>2.制冷类型：冷暖，定频/变频：变频，能效等级：三级能效，制冷量(W):<math>\geq 5100</math></p> <p>3.制冷功率(W):<math>\leq 1900</math></p> <p>4.制热量(W):<math>\geq 6050</math>，制热功率(W):<math>\leq 2300</math>，外机噪音(dB(A)):<math>\leq 54</math>.电压/频率(V/Hz):220/50 制冷剂新冷媒：R32</p>
22	★	<p>六.市电配电1、配电箱1个(包含漏电保护器、电压电流实时监测),电安全装置(分两路供电，DR单独1路，整车其他1路),外接220V电源插座，榔头1个，十字型接地钎1个(采用6平方软铜线，线长<math>\geq 10</math>米，铜线与接地钎一体化防脱设计),2个电缆盘，充电逆变一体机1个。</p>

23		<p>2、局域网；交换机1件，网线网口若干；电器舱有网口及插座；</p> <p>3、市电转接装置1套(含<math>\leq 16A</math>漏电保护断路器、<math>\leq 16A</math>防护型工业插座、<math>\leq 16A</math>插头、线长<math>\geq 3</math>米，具备过载自动断电功能，确保供电安全)。</p> <p>七.生产要求：一体化生产改装：车辆为一体化生产，即底盘生产与整车改装为同一厂家，车辆生产厂家出具承诺函原件并加盖公章。</p> <p>八.防腐要求 1、投标车型整车(车身+底盘)采用进口阴极电泳处理，电泳工艺与世界顶级乘用车企业工艺相同，完全引进进口工艺、原材料，16道工序，防腐涂层的覆盖率100%,确保防腐无死角，没有防腐短板。</p> <p>2、保证10年整车骨架可靠耐用性。电泳漆膜厚度达到25Hm,电泳涂层耐盐雾性大于1000小时，10年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，依旧保持耐用性。提供国家涂料质量监督检验中心出具的检验报告作为电泳防腐性能技术证明资料、电泳设备采购合同及发票扫描件并加盖整车生产厂家公章。</p> <p>九.焊接质量要求：所有焊缝应符合技术图纸要求，焊缝牢固、焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等影响使用的缺陷存在。通过ISO 3834-2焊接质量体系认证，投标文件中需提供焊接相关的质量体系认证证书扫描件，并加盖整车生产厂家公章。</p> <p>十.线束及线束防护要求 采用汽车用薄壁绝缘低压电线。</p> <p>1、整车低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件，原件备查）</p> <p>2、线束耐温性能：高温压力(105℃,4h)--耐压(3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV,1min)、低温冲击(-15℃,4h)--(100g,100mm)--冲击后耐压(3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV,1min)、</p>
24		<p>数字化车载X射线机</p> <p>一.平板探测器</p> <p>1、探测器技术：闪烁体和非晶硅</p> <p>2、像素尺寸<math>\leq 100 \times 100 \mu m</math></p> <p>3、像素矩阵<math>\geq 4200 \times 4200</math></p> <p>4、成像尺寸<math>\geq 17 \times 17</math>英寸</p> <p>5、A/D<math>\geq 16</math>bit</p> <p>6、空间分辨率<math>\geq 5.01 p/mm</math></p> <p>二.图像采集系统（工作站）</p> <p>1、显示器尺寸<math>\geq 23</math>寸液晶</p> <p>三、.软件功能1、软件具备权限管理、患者登记、图像采集、图像处理、图像自动优化、胶片打印、报告管理功能</p> <p>2、质控功能：自动根据图像特征来判读，给图片评级，提示操作者，及时干预处理，提升拍摄图像质量，并提供统计功能，可针对拍摄问题、图像等级进行分类并统计跟踪。</p> <p>四.高压发生器</p> <p>1、考虑设备的安全性能，供电要求为220V直接接入供电</p> <p>2、最大功率<math>\geq 56kW</math>，最大输出管电压<math>\geq 150kV</math>，最大输出管电流<math>\geq 700mA</math></p>

25	★	五、X射线管组件 1、双焦点球管，焦点尺寸 $\leq 0.6/12\text{mm}$
26		2、焦点功率： $\geq 20/50\text{kW}$
27	★	3、阳极靶面热容量 $\geq 400\text{kH}$
28	★	4、阳极最高转速 $\geq 10800\text{rpm/min}$
29		六、机械支撑装置，机架采用双节或者三节伸缩立柱式结构，非悬挂式，非立柱不可伸缩式(提供产品实物照片)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便携式彩超

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.1 $\geq 15$ 英寸高分辨率LED 显示器
2	★	1.2配置探头：凸阵探头1把，线阵探头1把，相控阵探头1把。
3		<p>1.3主机重量<math>\leq 3.5\text{kg}</math>,所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力，可配 组织多普勒组件、造影组件、弹性成像组件等高级功能。</p> <p>二.具备以下成像模式：</p> <p>1二维灰阶模式，组织谐波成像技术，彩色多普勒模式，能量多普勒模式，脉冲多普勒模式 (PW)，连续多普勒模式 (CW)</p> <p>2.M型成像模式：支持彩色M 型，解剖M 型，取样线<math>\geq 2</math>条，可360度任意旋转</p> <p>3.区域数据并行处理技术，可单独提升感兴趣区图像局部细节信息及对比度</p> <p>四.B 型模式成像</p> <p>4.1组织谐波成像模式</p> <p>4.2空间复合成像技术，支持<math>\geq 2</math>条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头</p> <p>4.3回波增强技术</p> <p>4.4数据并行处理技术</p> <p>五.彩色多普勒成像(包括彩色、能量多普勒模式)</p> <p>5.1高分辨率血流成像</p> <p>5.2双实时同屏对比显示</p> <p>六.频谱多普勒成像：具备脉冲多普勒、高脉冲重复频率，连续多普勒三种模式</p> <p>七.具备组织多普勒成像及定量分析功能</p> <p>7.1TVI、TVD、TVM、TEI四种模式</p> <p>八.造影成像</p> <p>8.2支持组织图像与造影剂图像混合造影模式。</p> <p>8.3具备双计时器</p> <p>九.测量分析和报告</p> <p>9.1常规测量软件包</p> <p>9.2多普勒测量(自动或手动包络测量，自动计算测量参数)</p> <p>9.3神经专用测量软件包</p> <p>9.4心脏功能专用测量软件包，包括Simpson BP,Tei指数分析，PISA 等</p> <p>9.5 Auto EF射血分数自动测量</p> <p>9.6妇科/产科专用测量软件包：自动产科测量(支持双顶径、头围、枕额径、股 骨长、</p>

		<p>腹围)</p> <p>十.具备血管内中膜自动测量功能</p> <p>(二)技术参数及要求</p> <p>1.二维灰阶模式</p> <p>1.1扫描频率：电子凸阵：超声频率1.2-5.0MHz, 支持扩展成像；电子相控阵： 超声频率1.5-4.3MHz；电子线阵： 超声频率4.0-11MHz, 支持扩展成像；</p> <p>1.2最大显示深度：≥39cm</p> <p>1.3TGC:≥8 段</p> <p>1.4动态范围：可调</p> <p>2.彩色多普勒成像</p> <p>2.1包括速度、能量等</p> <p>2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW</p> <p>2.3取样框偏转：≥±20度(线阵探头)</p> <p>2.4支持B/C 同宽</p> <p>3.频谱多普勒模式</p> <p>3.1显示控制：反转、零移位、B 刷新、D扩展、B/D 扩展等</p> <p>3.2PW 最大速度：≥7.5m/s</p> <p>3.3最小速度：≤10mm/s</p> <p>3.4取样容积：0.5-20mm</p> <p>3.5偏转角度：≥±20度(线阵探头)</p> <p>(三)连通性</p> <p>1.连通性和外部数据管理</p> <p>1.1具备DICOM 基础功能，可通过网络将图像传输到 DICOM 服务器</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：心电图机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集；

2		<p>2、支持12导心电+心向量同步采集;</p> <p>3、心电图机一体化平板设计,采集仪模块内置;主机全触控操作,无物理硬按键。</p> <p>4、显示屏幕≥10英寸</p> <p>5、具备LAN、USB等传输接口</p> <p>6、支持智能操作系统,可远程更新升级</p> <p>7、心电图主机支持内置4G功能,不接受外置模块。</p> <p>8、心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi</p> <p>9、锂电池额定容量≥8000mAh</p> <p>10、耐极化电压: ±600mV</p> <p>11、定标电压: 1mV±1%</p> <p>12、共模抑制比: &gt;125dB(默认交流滤波关闭)</p> <p>13、内部噪声: ≤10μVP-P</p> <p>14、频响范围: 0.05Hz~350Hz(-30%~+10%)</p> <p>15、存储量: 支持10000份心电图数据存储</p> <p>16、具备全导联起搏检测,准确识别起搏信号</p> <p>17、QTc参数测量: 内置6种及以上测量算法,QTc计算方法可通过 系统设置调阅并设置</p> <p>18、心电图机支持批量下载预约记录功能,并支持待检查列表显示,列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。</p> <p>19、心电图机支持本地报告进行同屏对比</p> <p>20、心电图机有经过IHE专项测试,可以满足与医疗卫生机构信息系统之间的信息互联、互通、集成共享的要求。</p>
3	★	21、心电图机支持导联脱落、左右手接反的自动检测和提示功能,
4		<p>22、支持消息实时提醒功能,如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒,</p> <p>23、支持V5R、V3R、V1、V3、V5、V7儿童模式心电图采集。</p> <p>24、对于危急值检查数据,支持优先诊断功能,以提醒诊断中心优先诊断。</p> <p>25、记录测值包括: 心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T 间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。</p> <p>26、支持在采集端将心电图原始数据生成二维码,并通过手机端微信 分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网,物理隔离保障网络 安全,可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电图 断中心等情况。</p> <p>27、阿托品试验采集及处理流程</p> <p>28、任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能</p> <p>30、支持心电事件、起搏心电、晚电位功能</p> <p>31、包含与现有心电信息管理系统接口,所需的费用包含在投标总价中 。</p> <p>32、专用推车1个。</p>
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 冷链室智慧冷藏冷冻箱



序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、医用冷藏冷冻冰箱，冷藏有效容积≥506L；冷冻有效容积≥10L；
2		2、立式单开门，发泡门；
3		3、配备≥10寸触屏，可进行权限管理及温度冷链监控等，监控冷冻和冷藏两个温区的实时温度；
4		4、温度控制：电脑板控制，冷藏箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内；冷冻箱内温度恒定控制在-25±5℃范围内； 5、箱内配备3路温度传感器，数字显示箱内温度，显示精度0.1℃；
5		6、多重报警系统：超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内实时温度，持续时间至少在48小时；报警类型：支持声光报警，且灯光报警不能被取消。配备远程报警接口；
6		7、支持手机远程查看冰箱状态，临期、过期疫苗微信推送提醒，冰箱温度异常状态推送提醒。
7		8、风机：进口品牌风机，高效节能，低噪音，使用寿命长；
8		9、设备配备电磁门锁，可以通过权限控制实现管理，至少能设置10个操作者的权限；
9		10、采用进口品牌变频压缩机,HC制冷剂，节能环保； 11、冷藏、冷冻双压机系统独立控制，温控高效 12、安全机械门锁：设备配备安全机械门锁，一把钥匙一把锁的模式，至少要带有2把钥匙； 13、电磁门锁应该有足够的安全性，设备断电后，门体应该仍然保持锁闭状态，以保证储品安全，同时带有权限管理的应急开门机制；
10	★	14、产品配置品牌无线扫描枪。
11	★	15、冷冻、冷藏分体式设计，便于不同储存要求的独立使用；
12		16、三段式抽屉设计，箱内带有可抽拉的塑料抽屉，质轻好用，分为三档可调，支持先进先出的方式，抽屉带有分隔，分隔分为两类，分别是分隔不同的疫苗和分隔相同疫苗的不同批次
13		17、产品配置指纹模块，可以实现人员权限管理；
14		18、所投产品制造商须具备有效的ISO13485质量认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证和职业安全健康18001认证，并具有医疗器械生产许可证；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无线温湿度采集终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、温度测量范围：温度范围-55℃～80℃温度；精度：±0.3℃（23℃±2℃），全程±0.5℃；</p> <p>2、温度分辨率：0.1℃ 采用进口NTC传感器；</p> <p>3、支持外接至少4个温度传感器,温度采集周期可依据监管需要设置，适于多点监测，具备高精度GPS定位功能；</p> <p>4、显示屏：LED液晶屏，显示内容包括当前温湿度（分辨率 0.1）、当前时间、当前电量、当前信号、定位信息、电源使用情况等信息；</p> <p>5、上传间隔：1分钟-24小时可调；</p> <p>6、报警间隔：1分钟-24小时可调；</p> <p>7、通讯方式：GPRS（移动/联通）；</p> <p>8、电源：内置高能锂电池 车载电源DC12V 2A；</p> <p>9、电池续航时间：72小时以上；</p> <p>10、功耗：≤1W；</p> <p>11、记忆容量：不低于10万组数据，具有 USB 大容量导出数据功能；</p> <p>12、报警方式：短信/电话报警，本地声光、蜂鸣报警（本地声光报警可手动消除）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能交互终端（接种台扫码与电子签核）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>工控主板</p> <p>低功耗工控主板，支持7*24小时连续工作</p> <p>操作系统：支持Android、Windows双系统</p> <p>钢化触摸模块：≥15寸电容式多点触摸屏，防爆，防水，防尘，防静电，无飘移，支持双击</p> <p>显示模块：≥15寸液晶屏，分辨率1366*768；显示颜色 6bits；响应时间&lt;8ms</p> <p>摄像头：高清广角摄像头，前置≥120W像素</p> <p>传感器类型：电容式，图像大小：≥256*360pixel，图像分辨率：≥508dpi</p> <p>条码扫描：具有LED光源/USB即插即用/30万像素CMOS图像传感器，支持识别一维码、二维码，USB接口</p> <p>整机机壳：优质冷轧钢板加工，定制高强度面板，简洁易用；表层处理，防锈、防腐、耐磨，不易损坏</p> <p>通讯方式：10M/100M自适应以太网</p> <p>扬声器：立体声扬声器</p> <p>电源：工业级认证电源模块</p> <p>签字笔：标准电容触控笔，顺滑、耐用、灵敏</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：信息交互终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>支持手写签批，能够实现对于网络上原数据加密信息进行解密、传输，实现针对疫苗接种的显示告知、登记、手写签字采集，相关记录自动联动保存，并保证信息安全。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一.评标要求

#### 1.评标方法

详见须知前附表

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

### 三.评标程序

#### 1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的

实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除



序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

## 6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2. 合同内容及格式

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目(填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: \_\_\_\_\_

(二)交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四)乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

## 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:\_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):\_\_\_\_\_

(三)服务地点:\_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

## 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

## 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

## 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

## 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 七、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日



# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_(大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1:

#### 通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表