

## 第二批医疗设备采购项目

# 公开招标文件

采购单位名称：巴彦淖尔市医院

采购代理机构名称：内蒙古智联项目管理有限责任公司

项目编号：**BSZCS-G-H-250091**

2025年10月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

内蒙古智联项目管理有限责任公司 受 巴彦淖尔市医院 委托，采用公开招标方式组织采购 第二批医疗设备采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称： 第二批医疗设备采购项目

项目编号： **BSZCS-G-H-250091**

采购计划备案号： 巴政采计划[2025]05157

### 2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）：**3,170,000.00**

采购包最高限价（元）：**3,170,000.00**

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	肿瘤科国家临床重点专科配套电子胃肠镜等设备	1.00	3,170,000.00	批	工业	是	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）：**284,000.00**

采购包最高限价（元）：**284,000.00**

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	肿瘤科国家临床重点专科配套设备	1.00	284,000.00	批	工业	是	否	否	否

采购包3：

采购包预算金额（元）：**667,000.00**

采购包最高限价（元）：**667,000.00**

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	母婴监护等设备	1.00	667,000.00	批	工业	是	否	否	否

采购包4：

采购包预算金额（元）：1,310,000.00

采购包最高限价（元）：1,310,000.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	高压注射器及腿架等设备	1.00	1,310,000.00	批	工业	是	否	否	否

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、特定资格要求：（1）供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

采购包2：

1、特定资格要求：（1）供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

采购包3：

1、特定资格要求：（1）供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

采购包4：

1、特定资格要求：（1）供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古智联项目管理有限责任公司

地址： 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区金秋华城D区东门外办公楼3楼306室

邮编： 015000

联系人： 王琼

联系电话： 15648872162

采购单位名称： 巴彦淖尔市医院

地址： 临河区乌兰布和路98号

邮编： 015000

联系人： 贾欣

联系电话： 17604788561

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 4 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：本项目收取代理服务费。 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商。 代理服务费收费标准：按照中标价0.84%收取；

14	投标保证金	<p>采购包1保证金金额：50,000.00元</p> <p>采购包2保证金金额：5,000.00元</p> <p>采购包3保证金金额：10,000.00元</p> <p>采购包4保证金金额：20,000.00元</p> <p>缴交渠道：虚拟保证金,电子保函</p> <p>其他说明：</p> <p>1、缴纳截止时间为本项目投标（报价）截止时间，以保证金账户实际收款为准；</p> <p>2、采用线下缴纳的，投标单位必须通过基本账户转账至保证金账户，在汇款时要在备注信息中注明本项目的编号及用途（如“项目编号，投标保证金”）。</p>
15	电子投标文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。</p>
17	投标客户端	<p>投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址：<a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a></p>
18	面向中小企业采购	<p>采购包1：</p> <p>属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。</p> <p>采购包2：不属于专门面向中小企业采购。</p> <p>采购包3：不属于专门面向中小企业采购。</p> <p>采购包4：不属于专门面向中小企业采购。</p>
19	有效投标人家数	<p>采购包1：3家</p> <p>采购包2：3家</p> <p>采购包3：3家</p> <p>采购包4：3家</p>
20	中标供应商数量	<p>采购包1：1名</p> <p>采购包2：1名</p> <p>采购包3：1名</p> <p>采购包4：1名</p>
21	中标候选供应商数量	<p>采购包1：3名</p> <p>采购包2：3名</p> <p>采购包3：3名</p> <p>采购包4：3名</p>
22	报价形式	<p>详见第一章，“内容及划分采购包情况”。</p>

23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	本项目为公开招标，每个合同包中均包含核心产品，但并不是所有的产品均为核心产品，核心产品每包有且仅有一项，各潜在投标人（供应商）需查看对应合同包的分项报价表，分项报价表中标准“▲”产品为核心产品。使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人



在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

**2.1.3** 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

**2.1.4** 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

## **2.2** 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

**2.3** 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## **3. 全流程电子化交易**

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

### **3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）**

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）CA证书无法解密投标文件的；
- （2）投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

## 三.说明

### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指巴彦淖尔市医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古智联项目管理有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

#### 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

### 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

### 五.投标文件

#### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

#### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表

（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

### 5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1. 开标

#### 1.1 程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

#### 1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

#### 1.3 备注说明

1.3.1 投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2 开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA

证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；  
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行检查，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少1个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2提供递交响应文件截止之日前一年内（至少1个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	截止到开标时间，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供相关截图文件。
7	联合体投标（若有）	不允许联合体投标。

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明

2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商 <b>2024</b> 年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<b>1.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少 <b>1</b> 个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） <b>2</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少 <b>1</b> 个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
5	参加采购活动前 <b>3</b> 年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前 <b>3</b> 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	截止到开标时间，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供相关截图文件。
7	联合体投标（若有）	不允许联合体投标。

采购包3：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商 <b>2024</b> 年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<b>1.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少 <b>1</b> 个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） <b>2</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少 <b>1</b> 个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
5	参加采购活动前 <b>3</b> 年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前 <b>3</b> 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	截止到开标时间，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供相关截图文件。

7	联合体投标（若有）	不允许联合体投标。
---	-----------	-----------

采购包4：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少1个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2提供递交响应文件截止之日前一年内（至少1个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	截止到开标时间，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供相关截图文件。
7	联合体投标（若有）	不允许联合体投标。

特定资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	（1）供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	（1）供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

特定资格要求	(1)供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。
--------	---

采购包4：

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	(1)供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包4：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日



内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

## 2. 质疑

**2.1** 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

**2.2** 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**2.3** 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**2.4** 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

**2.5** 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

**2.6** 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

## 3. 投诉

**3.1** 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

**3.2** 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表

签字或者盖章，并加盖公章。

**3.3** 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

#### 一.项目概况

项目主要包括肿瘤科国家临床重点专科建设项目所需设备，以及部分科室临床使用中迫切或继续更新的设备。计划补充和更新超高清电子胃肠镜系统2套、手术器械一批、全自动细胞分析仪1台、低温保存冰箱1台、生物安全柜1台、电子天平1台、超低温存储箱1台、空气压力波治疗仪2台、恒温循环解冻箱1台、二氧化碳孵育箱1台、母婴胎儿监护仪4套、产房中央监护系统1台、听力筛查仪1台、妇科诊断治疗仪1台、高压注射器2套、手术床适配腿架2套。

#### 二.主要商务要求、技术要求

##### 1.主要商务要求

采购包1:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30个工作日
2		标的提供地点	巴彦淖尔市医院
3		合同履约期限	合同签订后30个工作日
4		合同履约地点	巴彦淖尔市医院
5		验收要求	按照合同设备交付后检查其外包装是否完好无损，合同设备数量是否与合同一致，文档资料是否齐全。按照合同配置内容和招标文件技术响应条款逐一核对验收具体功能参数。设备在安装、调试完成后，采购人按照国家及行业相关规定的技术、服务、安全标准，对供应商的履约情况进行验收。同时需完成人员培训。
6		合同支付方式	1、安装验收合格并完成财务入账手续后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00% 2、安装验收合格后6个月内，达到付款条件起30日，支付合同总金额的65.00% 3、质保期结束后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的5.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8	★	其他	请各潜在投标人（供应商）根据参与投标（响应）的合同包填写分项报价表，并将分项报价表附于对应的合同包的投标（响应）文件中，如未填写或者未附于投标（响应）文件中，将视为实质性未响应招标（采购）文件，投标（响应）无效。
9	★	其他	超清电子胃肠镜系统整机原厂质保至少3年，其他至少1年。若出厂时质保期大于上述要求，则按出厂质保期执行，质保期从设备验收合格之日起计算。
10	★	其他	服务响应：设备如出现故障，供应商应当在接到采购人通知2小时内给予响应，回复初步维修方案，并在2日内到到场维修处理。提供定期巡视回访服务，每年至少1次。
11	★	其他	配件服务:质保期内，整机各零部件提供原厂全部免费维修（包括含全部零配件），更换配件为原厂全新件，耗材除外。

12	★	其他	培训要求：免费提供安装调试，并委派专门的技术人员对设备使用和操作人员进行全面培训。
13	★	其他	设备运输及设备安装调试：设备包装运输及设备安装、调试、等由供应商负责
14	★	其他	属于医疗器械的，需根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）；不属于医疗器械的应提供说明文件。

采购包2:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后 <b>30</b> 个工作日
2		标的提供地点	巴彦淖尔市医院
3		合同履约期限	合同签订后 <b>30</b> 个工作日
4		合同履约地点	巴彦淖尔市医院
5		验收要求	按照合同设备交付后检查其外包装是否完好无损，合同设备数量是否与合同一致，文档资料是否齐全。按照合同配置内容和招标文件技术响应条款逐一核对验收具体功能参数。设备在安装、调试完成后，采购人按照国家及行业相关规定的技术、服务、安全标准，对供应商的履约情况进行验收。同时需完成人员培训
6		合同支付方式	1、安装验收合格并完成财务入账手续后，达到付款条件起 <b>30</b> 日，支付合同总金额的 <b>30.00%</b> 2、安装验收合格后 <b>6</b> 个月内，达到付款条件起 <b>30</b> 日，支付合同总金额的 <b>65.00%</b> 3、质保期结束后，达到付款条件起 <b>30</b> 日，支付合同总金额的 <b>5.00%</b>
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8	★	其他	请各潜在投标人（供应商）根据参与投标（响应）的合同包填写分项报价表，并将分项报价表附于对应的合同包的投标（响应）文件中，如未填写或者未附于投标（响应）文件中，将视为实质性未响应招标（采购）文件，投标（响应）无效。
9	★	其他	质保期至少 <b>1</b> 年。若出厂时质保期大于上述要求，则按出厂质保期执行，质保期从设备验收合格之日起计算。
10	★	其他	服务响应：设备如出现故障，供应商应当在接到采购人通知 <b>2</b> 小时内给予响应，回复初步维修方案，并在 <b>2</b> 日内到到场维修处理。提供定期巡视回访服务，每年至少 <b>1</b> 次。
11	★	其他	配件服务:质保期内，整机各零部件提供原厂全部免费维修（包括含全部零配件），更换配件为原厂全新件，耗材除外。
12	★	其他	培训要求：免费提供安装调试，并委派专门的技术人员对设备使用和操作人员进行全面培训。
13	★	其他	设备运输及设备安装调试：设备包装运输及设备安装、调试、等由供应商负责。

14	★	其他	属于医疗器械的，需根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）；不属于医疗器械的应提供说明文件。
----	---	----	--

采购包3:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30个工作日
2		标的提供地点	巴彦淖尔市医院
3		合同履行期限	合同签订后30个工作日
4		合同履行地点	巴彦淖尔市医院
5		验收要求	按照合同设备交付后检查其外包装是否完好无损，合同设备数量是否与合同一致，文档资料是否齐全。按照合同配置内容和招标文件技术响应条款逐一核对验收具体功能参数。设备在安装、调试完成后，采购人按照国家及行业相关规定的技术、服务、安全标准，对供应商的履约情况进行验收。同时需完成人员培训
6		合同支付方式	1、安装验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00% 2、安装验收合格后6-12个月内，达到付款条件起30日，支付合同总金额的35.00% 3、安装验收合格后第二年内，达到付款条件起30日，支付合同总金额的35.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8	★	其他	请各潜在投标人（供应商）根据参与投标（响应）的合同包填写分项报价表，并将分项报价表附于对应的合同包的投标（响应）文件中，如未填写或者未附于投标（响应）文件中，将视为实质性未响应招标（采购）文件，投标（响应）无效。
9	★	其他	质保期至少1年。若出厂时质保期大于上述要求，则按出厂质保期执行，质保期从设备验收合格之日起计算。
10	★	其他	服务响应：设备如出现故障，供应商应当在接到采购人通知2小时内给予响应，回复初步维修方案，并在2日内到场维修处理。提供定期巡视回访服务，每年至少1次。
11	★	其他	配件服务:质保期内，整机各零部件提供原厂全部免费维修（包括含全部零配件），更换配件为原厂全新件，耗材除外。
12	★	其他	培训要求：免费提供安装调试，并委派专门的技术人员对设备使用和操作人员进行全面培训。
13	★	其他	设备运输及设备安装调试：设备包装运输及设备安装、调试、等由供应商负责。
14	★	其他	属于医疗器械的，需根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）；不属于医疗器械的应提供说明文件。

采购包4:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30个工作日
2		标的提供地点	巴彦淖尔市医院
3		合同履约期限	合同签订后30个工作日
4		合同履约地点	巴彦淖尔市医院
5		验收要求	按照合同设备交付后检查其外包装是否完好无损，合同设备数量是否与合同一致，文档资料是否齐全。按照合同配置内容和招标文件技术响应条款逐一核对验收具体功能参数。设备在安装、调试完成后，采购人按照国家及行业相关规定的技术、服务、安全标准，对供应商的履约情况进行验收。同时需完成人员培训
6		合同支付方式	1、安装验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00% 2、安装验收合格之后6个月内，达到付款条件起30日，支付合同总金额的35.00% 3、安装验收合格后第二年内，达到付款条件起30日，支付合同总金额的35.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8	★	其他	请各潜在投标人（供应商）根据参与投标（响应）的合同包填写分项报价表，并将分项报价表附于对应的合同包的投标（响应）文件中，如未填写或者未附于投标（响应）文件中，将视为实质性未响应招标（采购）文件，投标（响应）无效。
9	★	其他	质保期至少1年。若出厂时质保期大于上述要求，则按出厂质保期执行，质保期从设备验收合格之日起计算。
10	★	其他	服务响应：设备如出现故障，供应商应当在接到采购人通知2小时内给予响应，回复初步维修方案，并在2日内到场维修处理。提供定期巡视回访服务，每年至少1次。
11	★	其他	配件服务:质保期内，整机各零部件提供原厂全部免费维修（包括含全部零配件），更换配件为原厂全新件，耗材除外。
12	★	其他	培训要求：免费提供安装调试，并委派专门的技术人员对设备使用和操作人员进行全面培训。
13	★	其他	设备运输及设备安装调试：设备包装运输及设备安装、调试、等由供应商负责。
14	★	其他	属于医疗器械的，需根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）；不属于医疗器械的应提供说明文件。

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：肿瘤科国家临床重点专科配套电子胃肠镜等设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>超高清电子胃肠镜系统技术参数</p> <p>★一、配置</p>

- 1、图像处理装置 投标产品的品牌（必填），型号（必填） 2台
- 2、医用内窥镜用冷光源 投标产品的品牌（必填），型号（必填） 2台
- 3、内镜专用高清液晶监视器 2台
- 4、内窥镜专用台车 2台
- 5、全高清电子治疗胃镜 投标产品的品牌（必填），型号（必填） 2条
- 6、全高清电子检查胃镜 投标产品的品牌（必填），型号（必填） 2条
- 7、全高清电子结肠镜 投标产品的品牌（必填），型号（必填） 4条
- 8、内镜用送水装置 2台
- 9、内镜用二氧化碳送气装置 2台
- 10、工作站 2套

## 二、技术参数

### 1.全高清电子治疗胃镜要求：（2条）

- 1.1视野角度 $\geq 140^{\circ}$ ;
- 1.2头端部外径 $\leq 9.8\text{mm}$ ;
- 1.3主软管外径 $\leq 9.8\text{mm}$ ;
- 1.4景深：2-100 mm;
- 1.5弯曲角度：上 $\geq 210^{\circ}$ ，下 $\geq 120^{\circ}$ ，左 $\geq 100^{\circ}$ ，右 $\geq 100^{\circ}$ ;
- 1.6钳道孔径 $\geq 3.2\text{mm}$ ;
- 1.7工作长度 $\geq 1100\text{ mm}$  ;
- 1.8电气插头：一体式，无需防水帽
- 1.9支持一键式热插拔;
- 1.10内镜头端具备前射水孔,可独立辅助送水;
- \*1.11采用无线插拔连接技术。
- 1.12插入部高弹性渐变硬度设计，手术操作容易传递到头端

### 2.全高清电子检查胃镜要求：（2条）

- 2.1视场角 $\geq 140^{\circ}$ ;
- 2.2头端部外径 $\leq 9.2\text{mm}$ ;
- 2.3主软管外径 $\leq 9.2\text{mm}$ ;
- 2.4景深：2-100 mm;
- 2.5弯曲角度上 $\geq 210^{\circ}$ 下 $\geq 90^{\circ}$ 左 $\geq 100^{\circ}$  右 $\geq 100^{\circ}$ ;
- 2.6钳道孔径 $\geq 2.8\text{mm}$
- 2.7工作长度 $\geq 1100\text{ mm}$  ;
- 2.8 内镜头端具备前射水孔,可独立辅助送水

### 3、全高清电子结肠镜要求：（4条）

- 3.1视场角 $\geq 170^{\circ}$ ;
- 3.2头端部外径 $\leq 12\text{mm}$ ;
- 3.3主软管外径 $\leq 12\text{mm}$ ;
- 3.4景深：2-100 mm;
- 3.5弯曲角度上 $\geq 180^{\circ}$ ，下 $\geq 180^{\circ}$ ，左 $\geq 160^{\circ}$ ，右 $\geq 160^{\circ}$ ;
- 3.6钳道孔径 $\geq 3.8\text{mm}$ ;

3.7工作长度 $\geq 1350$  mm;

3.8电气插头：一体式设计、无需防水帽;

3.9支持一键式热插拔;

3.10内镜头端具备前射水孔,可独立辅助送水;

\*3.11采用无线插拔连接技术。

#### 4、图像处理装置要求:

★4.1 主机和光源为分体式;

★4.2视频信号激光传输：内镜与主机实行激光信号传输;

\*4.3具有同时动态显示普通白光模式图像与特殊光模式图像的功能;

4.4自定义按钮：内镜按键 $\geq 4$ 个

4.5具备全自动测光模式、均值测光和峰值测光模式，测光等级分级可调;

4.6具有图像强调功能，结构和轮廓强调，并分级可调

4.7 具备色彩强调，对比度可调

4.8色调调节，能够分级可调

4.9具有冻结实时图像功能。

4.10冻结图像还可进行血液强化、结构强化、轮廓强化、数字放大等图像处理;

4.11具有数字放大功能，最大4倍放大;

4.12具有图像保存和视频录制存储功能

4.13可拓展兼容上消化道内窥镜，下消化道内窥镜，光学放大内窥镜，电子十二指肠内窥镜。

\*4.14可拓展兼容电子支气管镜。

4.15可兼容超声胃镜。

4.16全高清电子胃镜、电子结肠镜CMOS图像传感器成像，有效像素 $\geq 200$ 万

#### 5、光源要求:

\*5.1照明光源 $\geq 5$ 个LED光源，多光源整合技术，特殊光模式 $\geq 4$ 种，非电子染色

5.2显色指数 $\geq 90$ ;

5.3具备手动和自动调光模式;

5.4气泵:40-90KPa 具备多档可调;

#### 6、监视器

6.1尺寸 $\geq 32$ 寸，分辨率 $\geq 3840*2160$ P

6.2屏幕防眩，硬涂层

6.3显示视角 $\geq 178^\circ$

#### 7、专用台车

7.1专业设计的内镜专用台车，金属钣金材

#### 8、内窥镜送水泵

8.1具有液晶屏设计，满足多档流量可视化调节

8.2流量调节范围：0-600ml/min

8.3传输压强： $\geq 350$ kPa

8.4具有供水控制、供水调节、供水时间控制功能

#### 9、内窥镜用二氧化碳送气装置

9.1可视化液晶屏，精准调节流量



		<p>9.2输出二氧化碳气体压强范围：0-45kPa</p> <p>9.3输出二氧化碳气体流量范围：0-8.5L/min</p> <p>9.4输入二氧化碳气体额定压强范围：0.3-6MPa</p> <p>9.5具有输入压力过高和过低的提示和报警</p> <p>9.6具有定时功能</p> <p>9.6配套减压阀</p> <p>10.工作站要求：CPU：i5或同等水平以上；内存8G以上，硬盘1T以上，支持PCIe，配视频采集卡。显示器≥24寸，支持安装医院的影像系统。具备彩色打印功能，支持通用打印耗材。</p>
		<p style="text-align: center;">手术器械技术参数</p> <p><b>一、弯剪(无夹片，13mm)</b></p> <p>1、医用级不锈钢，满足国家、行业标准。</p> <p>2、剪刀头部应经热处理</p> <p>3、剪刀应有良好的剪切性能，剪切后无纤维拉出现象。</p> <p>4、剪刀开闭应灵活，不应有咬口、卡滞现象，刀头转向自如。</p> <p>5、剪刀装配、拆卸应方便、无松动和脱落现象。</p> <p>6、具有良好的耐腐蚀性能</p> <p><b>二、弯分离钳(短头网齿，15mm)</b></p> <p>1、医用级不锈钢，满足国家、行业标准。</p> <p>2、分离钳头部应经热处理</p> <p>3、钳头开合应顺利，旋转应顺畅，不能晃动。</p> <p>4、钳头齿形：钳头齿形的排布合理，并且齿型清晰、对位准确、噬合到位。</p> <p>5、具有良好的耐腐蚀性能。</p> <p><b>三、长颌抓钳(中空，35mm)</b></p> <p>1、医用级不锈钢，满足国家、行业标准。</p> <p>2、分离钳头部应经热处理</p> <p>3、钳头开合应顺利，旋转应顺畅，不能晃动。</p> <p>4、钳头齿形：钳头齿形的排布合理，并且齿型清晰、对位准确、噬合到位。</p> <p>5、具有良好的耐腐蚀性能</p> <p><b>四、长颌抓钳(O型中空，42mm)</b></p> <p>1、医用级不锈钢，满足国家、行业标准。</p> <p>2、分离钳头部应经热处理</p> <p>3、钳头开合应顺利，旋转应顺畅，不能晃动。</p> <p>4、钳头齿形：钳头齿形的排布合理，并且齿型清晰、对位准确、噬合到位。</p> <p>5、具有良好的耐腐蚀性能</p> <p><b>五、两孔抓钳(25mm)</b></p> <p>1、医用级不锈钢，满足国家、行业标准。</p> <p>2、分离钳头部应经热处理</p> <p>3、钳头开合应顺利，旋转应顺畅，不能晃动。</p> <p>4、钳头齿形：钳头齿形的排布合理，并且齿型清晰、对位准确、噬合到位。</p>

5、具有良好的耐腐蚀性能

#### 六、双极电凝钳(无损伤)

- 1、医用级不锈钢，满足国家、行业标准。
- 2、分离钳头部应经热处理
- 3、钳头开合应顺利，旋转应顺畅，不能晃动。
- 4、钳头齿形：钳头齿形的排布合理，并且齿型清晰、对位准确、啮合到位。
- 5、具有良好的耐腐蚀性能

#### 七、持针钳(钛合金枪型，可三拆，配弯头型枪头)

- 1、医用级不锈钢，满足国家、行业标准。
- 2、头部经热处理
- 3、钳齿清晰完整，无缺齿、毛齿等缺陷；锁卡定位牢固，无滑脱现象；持针钳夹持缝合针牢固，不打滑。
- 4、钳头张开闭合应灵活自如，持针钳最大张开度不小于35°；
- 5、具有良好的耐腐蚀性能

#### 八、冲吸器(推阀)

- 1、医用级不锈钢，满足国家、行业标准。
- 2、进水、出水接头部位应密封，不渗水；
- 3、阀门开闭灵活，密封性好。
- 4、具有良好的耐腐蚀性能

#### 九、冲吸器(枪式)

- 1、医用级不锈钢，满足国家、行业标准。
- 2、进水、出水接头部位应密封，不渗水；
- 3、阀门开闭灵活，密封性好。
- 4、具有良好的耐腐蚀性能

#### 十、电钩

- 1、医用级不锈钢，满足国家、行业标准。
- 2、电钩头部应棱角分明，无毛齿；
- 3、具有良好的耐腐蚀性能
- 4、产品的安全性能满足国标强制要求
- 5、适配线缆≥5根电线

#### 十一、探针（1.6，5\*330mm）

- 1、医用级不锈钢，满足国家、行业标准。
- 2、具有良好的耐腐蚀性能

#### ★十二、配置

- 1.弯剪（6把）
- 2.弯分离钳（4把）
- 3.长颌抓钳（5把）
- 4.长颌抓钳（2把）
- 5.两孔抓钳（24把）
- 6.双极电凝钳（2把）
- 7.持针钳（4把）

		8.冲吸器(推阀)（2个） 9.冲吸器(枪式)（2把） 10.电钩（2把含线缆） 11.探针（2把）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：

标的名称：肿瘤科国家临床重点专科配套设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p style="text-align: center;"><b>全自动细胞分析仪技术参数</b></p> <p>★一、数量：1台</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1.一体式细胞分析仪</p> <p>2.软件操控载物台自动取样。</p> <p>3.储存≥128G内存，</p> <p>4.光源为LED 冷光源，寿命≥30000小时。</p> <p>5.液晶屏触控屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。</p> <p>6.镜头CMOS≥500万像素。</p> <p>7.单次可自动检测样本最大通量为5个。</p> <p>*8.对焦方法(1)细胞计数：固定焦距，无需手动调焦。(2)多耗材分析：手动调焦，观察拍照。</p> <p>9..计数模式:支持明场、台盼蓝染色计数功能。</p> <p>10.多种实验类型:台盼蓝计数，血球计数板计数、汇合度分析，类器官分析等。</p> <p>11.细胞直径可测范围:2-180um，类器官可测直径范围≤200um</p> <p>12.能够采用光学放大进行最适测量，支持5X, 6.6X,8X等放大倍数。</p> <p>13.细胞浓度可测范围:1x104-3x107个/mL</p> <p>14.上样体积≤20μL(10μL样本+10μL染料)</p> <p>*15.兼容Countstar细胞计数板，血球计数板，3.5/6/10cm细胞培养皿，T25培养瓶及4槽或者8槽腔室载玻片等耗材。</p> <p>16.检测耗时:台盼蓝计数时间&lt;20 秒。</p> <p>17.采样方法:自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数</p> <p>18.分析结果:稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数.平均直径、平均圆度、结团率等参数。</p> <p>19.分析精度：5倍放大，细胞浓度为5x10<sup>5</sup>~1x10<sup>7</sup>个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。6.6倍放大，细胞浓度为1x10<sup>6</sup>~2x10<sup>7</sup>个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。8倍放大，细胞浓度为1x10<sup>6</sup>~3x10<sup>7</sup>个/ml，且状态良好，CV值应≤5%</p> <p>20.辅助功能:数据再分析、计算器、细胞标识、CTC 图表。</p> <p>21.图像采集:图像可进行多通道叠加，图像可调节亮度。</p> <p>22.数据呈现:Excel、PDF、JPG</p> <p>23.数据导出:U盘，联网</p> <p>24.软件支持多级用户权限管理、电子签名、审计追踪功能。</p>

2		<p style="text-align: center;"><b>超低温冷冻储存箱技术参数</b></p> <p>★一、数量：1台</p> <p>二、技术参数：</p> <p>★1.有效容积≥340L。</p> <p>2.精确控温：数码温度显示，显示精度0.1℃</p> <p>3.有制冷、电源、断电、静音、门开关等指示灯，能够指示运行状态，</p> <p>*4、精确控温：LED数码温度显示，显示精度0.1℃，至少设置按键锁、制冷、电源、电量低、断电、静音、门开关等8个指示灯。有高精度温度控制系统，内置多路传感器，保箱内温度保持在-40℃至-86℃范围内。</p> <p>5.标配万向脚轮，方便移动。</p> <p>6.过滤网可拆卸，清洗。</p> <p>7.结构：三层不锈钢隔板，可调节层架式结构，分类存储。</p> <p>8.吸内门，内外双层门设计。</p> <p>9.有试孔，方便监测箱内温度。</p> <p>10.助力把手，把手带锁，另可配置任意外挂锁。</p> <p>11.保温层厚度≥110mm，多道门封。</p> <p>12.翅片式冷凝器，盘管式蒸发器。</p> <p>*13.高效压缩机，节能高效、静音。正常工作下，噪音≤55dB。。</p> <p>14.制冷剂符合国家安全标准。</p> <p>15.安全存储：完善的声光报警系统（应包括高低温报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警、环温超标报警、冷凝器高温报警、通讯故障报警等）。</p> <p>16.具备开机延时和停机间隔保护功能，键盘锁定和密码保护功能</p> <p>17.标配蓄电池，断电时为控制系统供电，提供报警和显示。</p> <p>18.配温度监控，手机端关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱内温度状态，冰箱报警等信息，会同步短信和微信。</p> <p>19.环境温度25℃时，空载降温达到-80℃时间≤4小时；单日耗电量小于15KW.h/日。</p> <p>20. 环境温度25℃时，空载-81℃稳定运行断电升温至-50℃时间≥200min。</p> <p>21.可存储2英寸标准冻存盒至少210个，2ml内旋冻存管至少21000个。</p> <p>22.质保：整机质保一年，压缩机等主要零部件质保五年，终身维修。</p> <p>23.故障报修≤2小时内响应，24小时内到院排除故障，免费提供操作培训和维修培训，每半年免费上门维保一次。</p>
---	--	--

3		<p style="text-align: center;"><b>生物安全柜技术参数</b></p> <p>★一、数量：1台</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1、分类：A2型，30%外排，70%循环</p> <p>2、台面距离地面高度<math>\geq 770\text{mm}</math>，尺寸可订制修改。</p> <p>3、风速：平均下降风速：<math>0.33\pm 0.025\text{m/s}</math>；平均吸入口风速<math>0.53\pm 0.025\text{m/s}</math></p> <p>4、系统排风总量<math>\geq 360\text{ m}^3/\text{h}</math></p> <p>5、噪音等级：<math>\leq 67\text{dB (A)}</math></p> <p>6、照明：<math>\geq 1000\text{lx}</math></p> <p>7、高效过滤器，对<math>0.12\mu\text{m}</math>颗粒过滤效率<math>\geq 99.9995\%</math></p> <p>8、脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮移动。</p> <p>*9、前窗玻璃为双层夹胶防爆安全玻璃。</p> <p>10、触摸屏，实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速、操作区的温度和湿度、送风和排风过滤器的阻力等参数，能够一键锁屏。</p> <p>11、可通过脚踏、按键、遥控三种方式控制玻璃门升降，且玻璃门升降时不用直接接触玻璃。</p> <p>12、前窗关闭双重触发信号，使紫外灯杀菌消毒功能正常开启。</p> <p>13、负压风道设有异物过滤结构。</p>
4		<p style="text-align: center;"><b>电子天平技术参数</b></p> <p>★一、数量：1台</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1、最大称量 220 g</p> <p>2、可读性 0.1mg</p> <p>3、秤盘<math>\geq 90\text{ mm}</math></p> <p>4、内部校准</p> <p>5、带防风罩。</p> <p>6、通讯端口：USB、RS232</p> <p>7、带背光液晶显示屏</p> <p>8、线性误差（典型）<math>\pm 0.0002\text{ g}</math></p> <p>9、最小称量值（允差为0.1%，典型） 200 mg</p> <p>10、秤盘结构 不锈钢</p> <p>11、重复性（典型） 0.0001 g</p> <p>12、稳定时间<math>\leq 2\text{ s}</math></p> <p>13、工作环境 <math>5^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}</math></p>

5		<p style="text-align: center;"><b>低温保存箱技术参数</b></p> <p>★一、数量：1台</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1.立式，双重密封门。</p> <p>★2.有效容积至少285L。</p> <p>3.箱体材料：冷轧钢板，喷涂。</p> <p>4.内胆材料：预涂钢板。</p> <p>5.保温材料：环保无 CFC 聚氨酯发泡。</p> <p>6.压缩机：高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。</p> <p>7.箱内温度：数字温度显示，-10℃~-25℃可调，调节增量为 0.1℃，分辨率 0.1℃。</p> <p>8.门锁设计：安全门锁系统，通过机械锁开关。</p> <p>9.内部配置：多层抽屉设计</p> <p>10.制冷系统配置：加厚发泡保温层，无氟发泡、无氟制冷剂、绿色环保；</p>
6		<p style="text-align: center;"><b>空气压力波治疗仪技术参数</b></p> <p>★一、数量：2台</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1.具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能</p> <p>2.治疗压力：0mmHg-280mmHg可调</p> <p>3.治疗时间：0min-600min可调</p> <p>4.治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗等治疗模式可选。</p> <p>5.可手动选择静脉再充盈时间</p> <p>6.充气快慢速度多级可调</p> <p>7.支持手掌，臂部，脚掌，腿部治疗部位，可组合，可单独使用</p> <p>8.主机具有彩色触摸屏，能够显示治疗的肢体、治疗时间、治疗模式等信息，有防误触功能</p> <p>9.设备有防止误操作功能</p> <p>10.设备噪音低，一键式操作，操作简单</p> <p>*11.压迫性附件能够重复性使用，规格根据医院情况适配，压迫性附件配备2套。</p> <p>12.具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示</p> <p>13.具有压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测功能</p> <p>14.具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全</p> <p>15.可充电的锂电池，在断电的情况下可连续工作4小时</p> <p>16.配置移动台车</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包3：

标的名称：母婴监护等设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p style="text-align: center;">妇科诊断治疗仪技术参数</p> <p>★一、数量：1台</p> <p>二、技术参数：</p> <p>*1.支持子宫输卵管碘油造影辅助推液和输卵管通液的诊断和治疗。</p> <p>2.支持50 ml、30 ml、20 ml规格的一次性注射器，光电传感器定位。</p> <p>3.压力控制.诊断模式下，注液压力&lt;16.0kPa时，注液速度为8.0ml/min，压力16.0 kPa ≤P&lt;26.0kPa时，注液速度自动调整为4.0ml/min±1ml/min。</p> <p>4.诊断模式下，注液量达到15ml时，报警音提示，自动停止注液，交由医生操作。</p> <p>★5.X光造影时，具备远程隔室操控</p> <p>6.主控与执行部分为分离结构，具备10米有线远程操控，也可整体一起操作，配便捷式支架。</p> <p>7.具备图形显示、能实时显示动态监控速度、压力、液量参数及P—V（压力—液量）曲线。</p> <p>8.全中文提示和操作。</p> <p>9.注液过程实时检测管路压力状态。</p> <p>10.支持错误操作的撤消并返回</p> <p>11.自动快速排气过程中，支持中途干预。</p> <p>*12.支持注液各项参数的修改和注液过程中实时注液速度的直接修改</p> <p>13.具有压强保护、自动暂停、报警提示功能。</p> <p>14.具备仪器自检校准。</p> <p>15.压力感受器检测范围：1~80kPa±0.5kPa。</p> <p>16.注液速度：设定范围1—20 ml/min±1ml/min任意可调</p> <p>17.排气速度：设定范围20—60 ml/min±1ml/min任意可调</p> <p>18.仪器是通过压力的大小与推液速度的对比值来判断最终的诊断结果。</p> <p>19.内置打印机。</p>
---	--	--

2		<p style="text-align: center;">听力筛查仪技术参数</p> <p>★一、数量：1台</p> <p>二、技术参数：</p> <p>*1.具有TEOAE、DPOAE二种筛查功能；</p> <p>2.触摸屏显示器；</p> <p>3.测试及结果显示；可储存<math>\geq 250</math>个测试资料，<math>\geq 500</math>个耳测试结果；</p> <p>4.软件至少包括：患者管理、用户管理、设备管理、测试管理、综合设置等；</p> <p>5.双重密度耦合腔；</p> <p>6.TEOAE，评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算</p> <p>    6.1刺激类型：Click（非线性）</p> <p>    6.2刺激水平：70-84 dB SPL(45-60 dB HL) 依靠耳道容积自行校准</p> <p>    6.3刺激速率：接近60Hz</p> <p>    6.4频率范围：1.5-4.5kHz</p> <p>    *6.5显示：统计波形、测试进程、TEOAE水平、噪音水平</p> <p>7.DPOAE，评估方法：相位统计法</p> <p>    7.1 刺激类型：两个基本匹配的纯音，<math>f_2/f_1=1.24</math></p> <p>    7.2 可用测试频率：f2：1-6kHz（可设置）</p> <p>    7.3 默认测试频率：f2=2,3,4,5kHz ( PASS at 3 out of 4)</p> <p>    7.4 测试水平：L1/L2=60/50 or 65/55 dB SPL</p> <p>    *7.5 显示：DPOAE水平、测试进程、噪音水平、DP-Gram</p> <p>    7.6 结果显示：总体：PASS/REFER， DPOAE的DP-Gram及噪音水平</p> <p>8.操作语言：全中文测试界面，中文输入</p> <p>9.类型：彩色触摸屏，可使用手套，带有可调节LED背光灯；</p> <p>10.按键耐用性：每个触屏点最少100万次使用</p>
---	--	--



3		<p style="text-align: center;">母婴中央监护系统技术参数</p> <p>★一、数量1套，即母婴中央监护系统1套，并包含能够接入系统使用的胎儿母亲监护仪4台，</p> <p>二、中央监护系统技术参数</p> <p>1.支持有线/无线接入，数量大于120台床边机和32个客户端；</p> <p>2.支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准；</p> <p>*3.配置产时（NICHD）胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议。</p> <p>4.全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，能自动显示和报警。</p> <p>5.胎监/母胎监护/母亲监护至少三种监护版面，能自适应界面更改</p> <p>6.母亲和胎儿心率重合报警，双胎信号重合报警；</p> <p>7.在界面中定制化管理操作按键，快捷操作按键；</p> <p>8.具有贮存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段分析、打印；</p> <p>9.可回放各监护数据趋势，无创血压列表；</p> <p>10.具有母亲/胎儿参数报警功能；</p> <p>11.支持多种类评分报告打印，至少应有国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分报告，三类图形评估报告和CTG报告等多种报告系统；</p> <p>12.打印支持多种格式和纸型。</p> <p>13.支持接入医院信息管理系统（HIS）；</p> <p>14.支持升级接入新生儿血气分析仪，实现孕妇、新生儿脐血气数据的统一管理</p> <p>三、胎儿母亲监护仪技术参数</p> <p>1.监护参数至少包括：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）等；</p> <p>2.多晶片超声胎心探头，超声波束声强：<math>I_{ob} &lt; 1 \text{ mW/cm}^2</math>，胎心率范围：30至240bpm 分辨率：1bpm，精度：<math>\pm 2\text{bpm}</math>；</p> <p>3.无凸点的宫缩探头：0~100相对单位，分辨率为1，非线性误差<math>\leq \pm 10\%</math>；归零方式：自动/手动；</p> <p>4.手动/自动胎动检测胎动，显示并打印胎儿活动图；</p> <p>5.高清晰屏<math>\geq 10</math>英寸，多角度翻转</p> <p>6.能够每十分钟自动打印时间、日期、母亲参数（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；</p> <p>7.胎心率报警范围可调，能自动报警，内容中文显示；</p> <p>8.具有超声传感器信号质量指示功能；</p> <p>9.双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；</p> <p>10.在宫缩数值大于50单位的情况下，有提示禁止测量血压的信息；</p> <p>11.探头防水等级<math>\geq \text{IPX8}</math>；</p> <p>*12.支持水中分娩，不受水压和温度变化影响</p> <p>13.支持拓展无线探头，外接心电导联线测量母亲心率。</p>
---	--	--

4		<p style="text-align: center;">恒温循环解冻箱技术参数</p> <p>★一、数量：1台</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1、存水量：92kg±5%</p> <p>*2、最大循环能力：(18*9)162kg/min</p> <p>3、控温精度：≤±0.1℃</p> <p>4、加热功率：≥3800W</p> <p>5、工位数：≥18个</p> <p>6、化浆量：不少于18-36袋（50-200ml）</p> <p>7、解冻时间：≤16min</p> <p>8、融化方式：干式</p> <p>9、单工位独立控制，每个工位可独立选择工作或暂停状态，也可根据需要一键启动全部工作。</p> <p>*10、双水囊包裹融浆，循环能力强</p> <p>11、每个工位配有漏液报警功能，渗漏时对应工位发声光报警，不影响其他工位血浆的工作。融浆完成后有声光提醒。</p> <p>12、能够上下限报警，并设置报警上下限。</p> <p>13、通电即可工作无需进排水。</p> <p>14、实时监测融浆温度，有温度曲线，记录融浆全过程。</p> <p>15、溯源系统:能实时记录存储融浆过程的温度数据，可设置医院名称、操作人员编号，保存操作记录。</p> <p>16、数据管理，配备扫描仪，扫描血浆袋条码录入数据</p> <p>17、设备内置紫外消毒功能。</p> <p>18、具有融浆和复温两种模式</p>
---	--	---

5		<p style="text-align: center;">二氧化碳培养箱技术参数</p> <p>★一、数量：1台</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1.产品适用于细胞、组织、微生物等培养，采用微电脑温度控制器控制温度。</p> <p>2.气套式加热系统</p> <p>3.内部容积≥150L</p> <p>4.最低温度控制范围为室温+5℃</p> <p>5.温度控制精度（℃）：±0.1℃，有独立传感器的超温保护装置</p> <p>6.配环境温度传感器，环境温度监测功能。</p> <p>*7.湿热灭菌系统，≥90℃高温灭菌</p> <p>*8. 二氧化碳浓度传感器具有自动启动功能，自动校准。</p> <p>9. 二氧化碳进气口配备高效过滤器，能有效过滤≥0.3μm颗粒物。</p> <p>10.内腔及附件为不锈钢</p> <p>11.标配≥3扇小玻璃内门</p> <p>12.倾斜式的底盘，非增湿盘,相对湿度:≥90%</p> <p>13.具有循环风道，非自然对流</p> <p>14.具有玻璃门加热或外门加热功能</p> <p>15.可配自动切换装置</p> <p>16.标配虹吸泵</p> <p>17.可堆叠摆放</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包4：

标的名称：高压注射器及腿架等设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p style="text-align: center;">CT用高压注射器</p> <p>★一、数量：1台</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1.注射头内容：注射头上所有内容能以竖直从上到下的形式显示</p> <p>2.操作界面：中文操作界面</p> <p>3.双马达独立驱动，可以同时吸药和注射</p> <p>*4.注射状态实时显示，显示实时注射状态</p> <p>5.可在注射头控制注射启动和停止</p> <p>6.控制屏：真彩色触摸显示屏，触摸控制。</p> <p>7.不同颜色显示造影剂和生理盐水</p> <p>8.注射容量：1-200ml，1ml可调</p> <p>9.针筒容量：最高为200ml</p> <p>10.注射速度：0.1-10mL/s，0.1mL/s可调</p> <p>*11.峰值压力限制：50-325psi，压力限制精度±10psi</p> <p>12.注射时相：6相，可任意选择造影剂、盐水、双流、暂停或延时</p> <p>13.注射预案：≥100个</p> <p>14.双流同步注射技术：A侧和B侧针筒可以以不同的速率和比例同步注射</p> <p>15.试注射：可以启动试验注射，判断患者血管情况</p> <p>16.控制方式：可以通过按键或者手闸启动、停止注射</p> <p>17.自动吸药：具备自动吸药功能</p> <p>18.注射时间显示：可以显示实时注射时间</p> <p>19.压力曲线：可以实时显示压力曲线</p> <p>*20.注射状态双屏实时同步显示：任意一屏修改方案信息，可一键同步方案信息至另一端，无需重复修改</p>
---	--

2		<p style="text-align: center;">核磁用高压注射器</p> <p>★一、数量：1台</p> <p>二、技术参数：</p> <p>*1、连接方式：光纤信号传输，不受磁场干扰</p> <p>2、注射头内容：注射头上所有内容能以竖直从上到下的形式显示</p> <p>3、注射头规格：双筒，A侧针筒+B侧针筒可编程注射</p> <p>4、针筒A范围包括1-65ml，针筒B范围包括1-115ml</p> <p>5、自动吸药：可以在注射头设置自动吸药剂量。</p> <p>*6、适配性：可在3.0T的磁场环境下正常使用，不因磁场力产生磁致位移，磁场环境的变化不会对机器对功能和性能产生影响。</p> <p>7、剩余容量控制，注射头可显示造影剂和生理盐水剩余容量</p> <p>8、注射控制：可以通过注射头按键控制自动注射的启动和停止</p> <p>9、控制屏：真彩色LCD显示屏</p> <p>10、控制屏操作：触摸显示控制屏</p> <p>11、注射速度：0.1-10mL/s，0.1mL/s增量</p> <p>12、扫描延时：1-300s</p> <p>13、时相延时：1-900s</p> <p>14、注射时相：6相，可任意选择造影剂、盐水、暂停</p> <p>15、注射预案≥100个，每个方案最多6个注射相</p> <p>16、集成式KVO（静脉开放）功能，KVO可自动开关</p> <p>17、原厂保修≥1年</p> <p>18、电源要求：100~240V,50/60HZ,</p> <p>*19、双无磁马达，不影响核磁成像</p> <p>20、控制方式：可以通过按键或者手闸进行控制</p> <p>21、压力保护：注射压力不会超过设定压力</p> <p>22、注射液体区分：不同颜色显示造影剂和盐水</p> <p>23、压力曲线：显示实时压力曲线</p>
---	--	---

3		<p style="text-align: center;">骨科牵引架技术参数</p> <p>★一、数量：2套</p> <p>二、技术参数：</p> <p>★1、牵引架能够适配SCHAERER axis500手术床使用。</p> <p>2、可提供平卧位下肢牵引，适用于所有髋部及髋部以下的手术体位摆放；</p> <p>*3、牵引架采用金属材质，悬空式设计，牵引架座板可直接连接手术床原有插孔；；</p> <p>4、根据手术需要，牵引架具有外展、内收、内旋及外旋体位摆放功能，可摆放出各种体位；</p> <p>5、手术部位能够充分暴露在C臂或G臂之下，牵引架的各部件不影响成像；</p> <p>6、牵引靴：固定足部稳定与牢固；</p> <p>7、牵引杆牵引距离80cm—140cm之间；</p> <p>8、牵引杆外展角度<math>\geq 90^\circ</math>；</p> <p>9、臀部托板与手术床背板相连接，臀部托板为三角形设计，可作为肩关节手术背板；</p> <p>10、臀部托板可以直接连接头托开展肩关节手术，固定头部使用；</p> <p>11、具有带垫整形腿架</p> <p>12、会阴支撑柱提供适当的术中牵引对抗，增加牵引稳定性；</p> <p>13、牵引架可单手操作牵引和脚部支撑；</p> <p>14、腿部可自由翻转、牵引，并在牢固锁定；</p> <p>15、手术床遥控盒可电动操控牵引架，牵引架与手术床同步升降和左右倾斜；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一.评标要求

#### 1.评标方法

详见须知前附表

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；



(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同小微企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	10.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>开标一览表 技术偏离表</p> <p>投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表</p>
---	-----------------------	------------------	--------	--	---

采购包3:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	10.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>开标一览表 技术偏离表</p> <p>投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表</p>
---	-----------------------	------------------	--------	--	---

采购包4:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	10.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>开标一览表 技术偏离表</p> <p>投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求 承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表</p>
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
----	----------	---------

1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	不存在招标文件要求的其他无效投标情形；不存在围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	不存在招标文件要求的其他无效投标情形；不存在围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	不存在招标文件要求的其他无效投标情形；不存在围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

#### 采购包4:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	不存在招标文件要求的其他无效投标情形；不存在围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

#### 2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

#### 4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

#### 5.详细评审

##### 采购包1:

采购包1:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 <b>60.00</b> 分 商务部分 <b>10.00</b> 分 报价得分 <b>30.00</b> 分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件



	技术参数的响应性情况	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。对招标文件要求的技术性能、参数等满足程度进行评审，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款。带“*”的为重要项，其他为普通项。1、带“*”参数有负偏离或有缺项的，每有一项扣2分；2、非带“*”参数有负偏离或有缺项的每项参数扣1分，满分40分，扣完为止。3、正偏离不加分。4、所有参数，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（中华人民共和国医疗器械注册证/技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在投标文件内的对应页码，佐证文件需要加盖投标企业公章，未提供佐证文件的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求,视同应答时缺项，按技术指标的负偏离计算。	40.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

<p>投标产品质量保证措施</p>	<p>投标人应结合本项目实际情况及特点，提供针对本项目的产品质量保证措施包括但不限于：（1）质量管理体系（2）产品与服务质量标准；（3）质量控制保障措施（4）质量风险管理；方案保障措施对本次项目理解深刻，有针对本项目的具体分析和安排，管理和措施符合本项目特点，可操作性强，每一小项2分；方案内容完整，但各项内容存在一定缺陷的，与项目结合不紧密，可操作性不强，每一小项扣1分；每一小项方案内容严重缺少，与项目无关，或未提供，无得分。该评分因素最多8分，不提供不得分。（注：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或对项目需求理解缺位混乱；⑤或描述的内容混乱，无突出重点；⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；⑦或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧或地点区域错误，或项名称错误等）</p>	<p>8.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-------------------	---	---------------	-----------	--

供货安装调试方案	<p>根据供应商针对本项目提供的运输及安装调试方案内容评审，包括但不限于以下内容：（1）供货保证措施和进度安排（2）货物的包装、运输等方案；（3）特殊情况下的保管、保障措施；（4）到货验收方案。到货验收方案能够结合项目需求进行规划安排，内容完整全面，具体安排逻辑清晰，进度保障合理，运输和保管具体，流程、标准和组织合理，每项1分，有一项内容存在缺陷或不足，不能安全满足项目需求的扣0.5分，扣完为止；项目内容不提供或严重缺失，不得分。总评分最多4分。该评分因素不提供不得分。（缺陷或不足指：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、地点区域错误、内容缺失不足、与本项目无关、只有简单描述无实质性内容等）</p>	4.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
----------	---	--------	----	--

	售后服务	<p>投标人需提供完善的售后服务保障方案， 基于采购文件中提出的售后服务要求， 应包含： （1）售后服务体系、管理制度 （2）售后服务内容、保障措施(如:技术咨询与支持、维护维修、人员配置，专业设备、定期巡访等）（3）应用培训，使用后再培训等（如： 方案计划、培训内容、培训人员配备等） （4）售后应急保障(人员与配件的应急调配，快速响应，处置能力等) 能够结合项目需求进行规划安排，内容完整全面，具体安排逻辑清晰，时间、人员和质保等都能符合本项目需求的每项2分；项目内容存在缺陷或不足，不能完全满足项目需求的扣1分；每一小项方案内容严重缺少，与项目无关或未提供，无得分。总评分最多是8分。该评分因素不提供不得分。（注:内容存在缺陷是指:①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或对项目需求理解缺位混乱；⑤或描述的内容混乱，无突出重点；⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；⑦或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧或地点区域错误，或项名称错误等）</p>	8.0000	主观	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
--	------	--	--------	----	--

	业绩	供应商提供近三年（2022年10月至今）承担过相关业务销售业绩，每提供一项得2分，满分8分。注：本项以合同或中标（成交）通知书为准，日期以合同签订或中标通知书落款时间为准；投标文件中须附上资料清晰的扫描件并加盖投标人公章。	8.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	----	---	--------	----	--

同方以甲	保修期限	<p>承诺电子胃肠镜整机的生产厂家保修期限：保修期限至少3年，3年不得分；保修期限为4年得1分；保修期限为5年得2分，本项最多2分。提供承诺函。</p>	2.0000	客观	<p>开标一览表            分项报价表            封面            目录            具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函            具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料            其他材料            技术偏离表            项目组成人员一览表            联合体协议            中小企业声明函            投标人承诺函            缴纳投标保证金证明材料            投标人（供应商）应提交的相关证明            依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料            具有独立承担民事责任的能力证明文件            主要商务要求承诺书            参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明            投标人业绩情况表            投标人基本情况表            项目实施方案、质量保证及售后服务承诺            法定代表人授权委托书            监狱企业证明文件            残疾人福利性单位声明函</p>
------	------	--	--------	----	---

价格分	价格分	<p><b>F1</b>指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-----	-----	--	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件 文件格式文件
无					

采购包2:

采购包2:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分62.00分 商务部分8.00分 报价得分30.00分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件 文件格式文件



	技术参数的响应性情况	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。对招标文件要求的技术性能、参数等满足程度进行评审，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款。带“*”的为重要项，其他为普通项。1、带“*”参数有负偏离或有缺项的，每有一项扣2分；2、非带“*”参数有负偏离或有缺项的每项参数扣1分，满分42分，扣完为止。3、正偏离不加分。4、所有参数，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（中华人民共和国医疗器械注册证/技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在投标文件内的对应页码，佐证文件需要加盖投标企业公章，未提供佐证文件的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求,视同应答时缺项，按技术指标的负偏离计算。</p>	42.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>

<p>投标产品质量保证措施</p>	<p>投标人应结合本项目实际情况及特点，提供针对本项目的产品质量保证措施包括但不限于：（1）质量管理体系（2）产品与服务质量标准；（3）质量控制保障措施（4）质量风险管理；方案保障措施对本次项目理解深刻，有针对本项目的具体分析和安排，管理和措施符合本项目特点，可操作性强，每一小项2分；方案内容完整，但各项内容存在一定缺陷的，与项目结合不紧密，可操作性不强，每一小项扣1分；每一小项方案内容严重缺少，与项目无关，或未提供，无得分。该评分因素最多8分，不提供不得分。（注：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或对项目需求理解缺位混乱；⑤或描述的内容混乱，无突出重点；⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；⑦或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧或地点区域错误，或项名称错误等）</p>	<p>8.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-------------------	---	---------------	-----------	--

供货安装调试方案	<p>根据供应商针对本项目提供的运输及安装调试方案内容评审，包括但不限于以下内容：（1）供货保证措施和进度安排（2）货物的包装、运输等方案；（3）特殊情况下的保管、保障措施；（4）到货验收方案。到货验收方案能够结合项目需求进行规划安排，内容完整全面，具体安排逻辑清晰，进度保障合理，运输和保管具体，流程、标准和组织合理，每项1分，有一项内容存在缺陷或不足，不能安全满足项目需求的扣0.5分，扣完为止；项目内容不提供或严重缺失，不得分。总评分最多4分。该评分因素不提供不得分。（缺陷或不足指：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、地点区域错误、内容缺失不足、与本项目无关、只有简单描述无实质性内容等）</p>	4.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
----------	---	--------	----	--

	售后服务	<p>投标人需提供完善的售后服务保障方案， 基于采购文件中提出的售后服务要求， 应包含： （1）售后服务体系、管理制度 （2）售后服务内容、保障措施(如:技术咨询与支持、维护维修、人员配置，专业设备、定期巡访等) （3）应用培训，使用后再培训等（如： 方案计划、培训内容、培训人员配备等） （4）售后应急保障(人员与配件的应急调配，快速响应，处置能力等) 能够结合项目需求进行规划安排，内容完整全面，具体安排逻辑清晰，时间、人员和质保等都能符合本项目需求的每项2分；项目内容存在缺陷或不足，不能完全满足项目需求的扣1分；每一小项方案内容严重缺少，与项目无关或未提供，无得分。总评分最多是8分。该评分因素不提供不得分。（注:内容存在缺陷是指:①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或对项目需求理解缺位混乱；⑤或描述的内容混乱，无突出重点；⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；⑦或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧或地点区域错误，或项名称错误等）</p>	8.0000	主观	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
--	------	---	--------	----	--

商务评审	业绩	<p>供应商提供近三年（2022年10月至今）承担过相关业务销售业绩，每提供一项得2分，满分8分。注：本项以合同或中标（成交）通知书为准，日期以合同签订或中标通知书落款时间为准；投标文件中须附以上资料清晰的扫描件并加盖投标人公章。</p>	8.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	----	---	--------	----	--

价格分	价格分	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	<p>开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-----	-----	---	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件 文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	10.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

采购包3:



采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 <b>62.00</b> 分 商务部分 <b>8.00</b> 分 报价得分 <b>30.00</b> 分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件

	技术参数的响应性情况	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。对招标文件要求的技术性能、参数等满足程度进行评审，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款。带“*”的为重要项，其他为普通项。1、带“*”参数有负偏离或有缺项的，每有一项扣2分；2、非带“*”参数有负偏离或有缺项的每项参数扣1分，满分42分，扣完为止。3、正偏离不加分。4、所有参数，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（中华人民共和国医疗器械注册证/技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在投标文件内的对应页码，佐证文件需要加盖投标企业公章，未提供佐证文件的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求,视同应答时缺项，按技术指标的负偏离计算。</p>	42.0000	客观	<p>开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
--	------------	--	---------	----	--

<p>投标产品质量保证措施</p>	<p>投标人应结合本项目实际情况及特点，提供针对本项目的产品质量保证措施包括但不限于：（1）质量管理体系（2）产品与服务质量标准；（3）质量控制保障措施（4）质量风险管理；方案保障措施对本次项目理解深刻，有针对本项目的具体分析和安排，管理和措施符合本项目特点，可操作性强，每一小项2分；方案内容完整，但各项内容存在一定缺陷的，与项目结合不紧密，可操作性不强，每一小项扣1分；每一小项方案内容严重缺少，与项目无关，或未提供，无得分。该评分因素最多8分，不提供不得分。（注:内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或对项目需求理解缺位混乱；⑤或描述的内容混乱，无突出重点；⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；⑦或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧或地点区域错误，或项名称错误等）</p>	<p>8.0000</p>	<p>主观</p>	<p>           开标一览表            分项报价表            封面            目录            具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函            具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料            其他材料            技术偏离表            项目组成人员一览表            联合体协议            中小企业声明函            投标人承诺函            缴纳投标保证金证明材料            投标人（供应商）应提交的相关证明            依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料            具有独立承担民事责任的能力证明文件            主要商务要求承诺书            参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明            投标人业绩情况表            投标人基本情况表            项目实施方案、质量保证及售后服务承诺            法定代表人授权委托书            监狱企业证明文件            残疾人福利性单位声明函         </p>
-------------------	---	---------------	-----------	---

供货安装调试方案	<p>根据供应商针对本项目提供的运输及安装调试方案内容评审，包括但不限于以下内容：（1）供货保证措施和进度安排（2）货物的包装、运输等方案；（3）特殊情况下的保管、保障措施；（4）到货验收方案。到货验收方案能够结合项目需求进行规划安排，内容完整全面，具体安排逻辑清晰，进度保障合理，运输和保管具体，流程、标准和组织合理，每项1分，有一项内容存在缺陷或不足，不能安全满足项目需求的扣0.5分，扣完为止；项目内容不提供或严重缺失，不得分。总评分最多4分。该评分因素不提供不得分。（缺陷或不足指：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、地点区域错误、内容缺失不足、与本项目无关、只有简单描述无实质性内容等）</p>	4.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
----------	---	--------	----	--

	售后服务	<p>投标人需提供完善的售后服务保障方案，基于采购文件中提出的售后服务要求，应包含：（1）售后服务体系、管理制度（2）售后服务内容、保障措施(如:技术咨询与支持、维护维修、人员配置，专业设备、定期巡访等)（3）应用培训，使用后再培训等（如：方案计划、培训内容、培训人员配备等）（4）售后应急保障(人员与配件的应急调配，快速响应，处置能力等)能够结合项目需求进行规划安排，内容完整全面，具体安排逻辑清晰，时间、人员和质保等都能符合本项目需求的每项2分；项目内容存在缺陷或不足，不能完全满足项目需求的扣1分；每一小项方案内容严重缺少，与项目无关或未提供，无得分。总评分最多是8分。该评分因素不提供不得分。（注:内容存在缺陷是指:①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或对项目需求理解缺位混乱；⑤或描述的内容混乱，无突出重点；⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；⑦或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧或地点区域错误，或项名称错误等）</p>	8.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	---	--------	----	--

商务评审	业绩	<p>供应商提供近三年（2022年10月至今）承担过相关业务销售业绩，每提供一项得2分，满分8分。注：本项以合同或中标（成交）通知书为准，日期以合同签订或中标通知书落款时间为准；投标文件中须附以上资料清晰的扫描件并加盖投标人公章。</p>	8.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	----	---	--------	----	--

价格分	价格分	<p><b>F1</b>指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-----	-----	--	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件 文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------------



1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	10.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

采购包4:

采购包4:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 <b>62.00</b> 分 商务部分 <b>8.00</b> 分 报价得分 <b>30.00</b> 分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件

	技术参数的响应性情况	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。对招标文件要求的技术性能、参数等满足程度进行评审，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款。带“*”的为重要项，其他为普通项。1、带“*”参数有负偏离或有缺项的，每有一项扣2分；2、非带“*”参数有负偏离或有缺项的每项参数扣1分，满分42分，扣完为止。3、正偏离不加分。4、所有参数，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（中华人民共和国医疗器械注册证/技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在投标文件内的对应页码，佐证文件需要加盖投标企业公章，未提供佐证文件的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求,视同应答时缺项，按技术指标的负偏离计算。</p>	42.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
--	------------	--	---------	----	---

<p>投标产品质量保证措施</p>	<p>投标人应结合本项目实际情况及特点，提供针对本项目的产品质量保证措施包括但不限于：（1）质量管理体系（2）产品与服务质量标准；（3）质量控制保障措施（4）质量风险管理；方案保障措施对本次项目理解深刻，有针对本项目的具体分析和安排，管理和措施符合本项目特点，可操作性强，每一小项2分；方案内容完整，但各项内容存在一定缺陷的，与项目结合不紧密，可操作性不强，每一小项扣1分；每一小项方案内容严重缺少，与项目无关，或未提供，无得分。该评分因素最多8分，不提供不得分。（注：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或对项目需求理解缺位混乱；⑤或描述的内容混乱，无突出重点；⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；⑦或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧或地点区域错误，或项名称错误等）</p>	<p>8.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-------------------	---	---------------	-----------	--

供货安装调试方案	<p>根据供应商针对本项目提供的运输及安装调试方案内容评审，包括但不限于以下内容：（1）供货保证措施和进度安排（2）货物的包装、运输等方案；（3）特殊情况下的保管、保障措施；（4）到货验收方案。到货验收方案能够结合项目需求进行规划安排，内容完整全面，具体安排逻辑清晰，进度保障合理，运输和保管具体，流程、标准和组织合理，每项1分，有一项内容存在缺陷或不足，不能安全满足项目需求的扣0.5分，扣完为止；项目内容不提供或严重缺失，不得分。总评分最多4分。该评分因素不提供不得分。（缺陷或不足指：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、地点区域错误、内容缺失不足、与本项目无关、只有简单描述无实质性内容等）</p>	4.0000	主观	<div>封面</div> <div>目录</div> <div>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</div> <div>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</div> <div>其他材料</div> <div>技术偏离表</div> <div>项目组成人员一览表</div> <div>联合体协议</div> <div>中小企业声明函</div> <div>投标人承诺函</div> <div>缴纳投标保证金证明材料</div> <div>投标人（供应商）应提交的相关证明</div> <div>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</div> <div>具有独立承担民事责任的能力证明文件</div> <div>主要商务要求承诺书</div> <div>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</div> <div>投标人业绩情况表</div> <div>投标人基本情况表</div> <div>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</div> <div>法定代表人授权委托书</div> <div>监狱企业证明文件</div> <div>残疾人福利性单位声明函</div>
----------	---	--------	----	---

	售后服务	<p>投标人需提供完善的售后服务保障方案， 基于采购文件中提出的售后服务要求， 应包含： （1）售后服务体系、管理制度 （2）售后服务内容、保障措施(如:技术咨询与支持、维护维修、人员配置，专业设备、定期巡访等）（3）应用培训，使用后再培训等（如： 方案计划、培训内容、培训人员配备等） （4）售后应急保障(人员与配件的应急调配，快速响应，处置能力等) 能够结合项目需求进行规划安排，内容完整全面，具体安排逻辑清晰，时间、人员和质保等都能符合本项目需求的每项2分；项目内容存在缺陷或不足，不能完全满足项目需求的扣1分；每一小项方案内容严重缺少，与项目无关或未提供，无得分。总评分最多是8分。该评分因素不提供不得分。（注:内容存在缺陷是指:①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或对项目需求理解缺位混乱；⑤或描述的内容混乱，无突出重点；⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；⑦或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧或地点区域错误，或项名称错误等）</p>	8.0000	主观	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
--	------	--	--------	----	--

商务评审	业绩	<p>供应商提供近三年（2022年10月至今）承担过相关业务销售业绩，每提供一项得2分，满分8分。注：本项以合同或中标（成交）通知书为准，日期以合同签订或中标通知书落款时间为准；投标文件中须附以上资料清晰的扫描件并加盖投标人公章。</p>	8.0000	客观	<p>开标一览表            分项报价表            封面            目录            具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函            具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料            其他材料            技术偏离表            项目组成人员一览表            联合体协议            中小企业声明函            投标人承诺函            缴纳投标保证金证明材料            投标人（供应商）应提交的相关证明            依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料            具有独立承担民事责任的能力证明文件            主要商务要求承诺书            参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明            投标人业绩情况表            投标人基本情况表            项目实施方案、质量保证及售后服务承诺            法定代表人授权委托书            监狱企业证明文件            残疾人福利性单位声明函</p>
------	----	---	--------	----	---

价格分	价格分	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-----	-----	---	---------	----	--

价格扣除



序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	--------------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	10.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2. 合同内容及格式

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目(填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: \_\_\_\_\_

(二)交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四)乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

## （服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：\*\*\*（填写采购单位名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

乙方：\*\*\*（填写中标、成交供应商名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：\_\_\_\_\_

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：\_\_\_\_\_

（三）服务地点：\_\_\_\_\_（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）。

### 七、付款时间及条件

（一）付款时间：\_\_\_\_\_



(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

---

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日



# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1:

#### 通用分册:

- 详见附件: 封面
- 详见附件: 目录
- 详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件: 其他材料
- 详见附件: 技术偏离表
- 详见附件: 项目组成人员一览表
- 详见附件: 联合体协议
- 详见附件: 中小企业声明函
- 详见附件: 投标人承诺函
- 详见附件: 缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明
- 详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件: 主要商务要求承诺书
- 详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件: 投标人业绩情况表
- 详见附件: 投标人基本情况表
- 详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件: 法定代表人授权委托书
- 详见附件: 监狱企业证明文件
- 详见附件: 残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册:

- 详见附件: 开标一览表
- 详见附件: 分项报价表

### 采购包2:

#### 通用分册:

- 详见附件: 封面
- 详见附件: 目录
- 详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件: 其他材料
- 详见附件: 技术偏离表
- 详见附件: 项目组成人员一览表
- 详见附件: 联合体协议
- 详见附件: 中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

#### 采购包3：

##### 通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包4：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表