

关于“两专科一中心”建设设备采购项目（项目编号： 152522-NMDMCG-GK-20250001）质疑事项的回复函

内蒙古铭械医疗器械有限公司：

贵公司于 2025 年 12 月 5 日提交的关于上述项目的《质疑函》已收悉。我方（采购人）对此高度重视，依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）等相关法律法规，依法组织了核查。结合原评审委员会意见、相关供应商的答复以及各方提交的证明材料，我方对贵公司提出的质疑事项进行了审慎、全面的复核。现就相关事项正式函复如下：

一、 质疑受理情况

贵公司作为参与本项目投标的供应商，在法定时限内，针对采购包 1（包含“体外反搏机”及“全自动生化免疫流水线”）相关中标产品（型号：P-ECP/T1-S 型、CSM-8000）的技术参数响应情况提出质疑。经审查，该质疑符合法定程序要求，我方依法予以受理。

二、 质疑事项核查及认定

经调阅原项目评审资料、核查相关投标文件、审阅质疑方与被质疑方提供的技术证明文件，现对质疑事项逐一认定如下：

（一）关于“体外反搏机”（型号：P-ECP/T1-S 型）的质疑

质疑事项 1：关于参数★2“心电波形采用滚动推进式显示”的符合性。

认定结果：质疑成立。

招标文件明确要求心电波形为“滚动推进式”显示。中标供应商“上海诚泰仁合医疗科技发展有限公司”（以下简称“中标供应商”）虽解释其“全屏循环显示”为“优化升级方案”，但其提供的用户手册界面截图显示为“分段式”或“页式”刷新，

与招标要求的持续、平滑推移显示方式存在本质差异，不能认定为实质性响应。尤其需要指出的是，其投标文件与答复函中所称的同一用户手册（图 6.5 系统主界面）截图内容存在不一致，该行为涉嫌提供虚假材料谋取中标。

质疑事项 2：关于参数 ▲3“具备房颤病人触发模式”的符合性。

认定结果：质疑不成立。

（具体核査理由略）

质疑事项 3：关于参数 ▲6“三级序贯指示灯同步指示”及“压力单位双显示”的符合性。

认定结果：质疑不成立。

（具体核査理由略）

质疑事项 4：关于参数 8“压力微调模式（低、中、高三级，具保压/舒适模式）”的符合性。

认定结果：质疑成立。

中标供应商的答复及证明材料未能体现招标文件所描述的具名功能模式选项，仅作模糊表述，无法认定其完全响应。

质疑事项 5：关于参数 10“输入功率≤1500VA”的符合性。

认定结果：质疑成立。

该参数为关键事实性指标。中标供应商产品铭牌清晰标注“输入功率：2600VA”，超出招标要求上限，构成实质性负偏离。其相关解释与产品法定标示信息不符。

质疑事项 6：关于参数 11“体温测量、腰垫保暖、双上肢治疗囊套”功能的符合性。

认定结果：质疑成立。

中标供应商投标时提供的标准产品资料中未发现此三项功能的描述或图示，其答复中关于“增配”的说法与投标材料矛盾，且未在投标文件中证明其符合性，视为未有效响应。

(二) 关于“全自动生化免疫流水线”（型号：CSM-8000）的 质疑

质疑事项 7：关于参数 2.4“试剂位≥200 个”的符合性。

认定结果：质疑成立。

根据现有材料，无法认定其投标产品标准配置满足≥200 个试剂位的要求。其关于“拓展功能”的说明证明材料矛盾、证明力不足。

质疑事项 8：关于参数 2.11“温控方式：非水浴加热”的符合性。

认定结果：质疑成立。

中标供应商提供的产品资料明确载明采用“循环水浴”或“水浴循环式”技术，与招标文件“非水浴加热”的要求直接相悖，构成核心技术参数的实质性负偏离。

三、 处理决定

综上所述，贵公司提出的质疑事项中，针对“体外反搏机”的第 1、4、5、6 项，以及针对“全自动生化免疫流水线”的第 7、8 项，经核查认定成立。

其中，第 1 项（参数★2）为招标文件规定的带“★”号的关键技术参数（实质性条款）。根据招标文件明确规定：“标注‘★’的技术参数为实质性条款，有一项负偏离或不满足视为无效标”。中标供应商“上海诚泰仁合医疗科技发展有限公司”

所投产品经核实在此关键参数上不符合招标要求，且其证明材料存在涉嫌提供虚假材料的情形。

因此，该供应商的投标已构成无效标。上述情况严重影响采购结果的公正性。根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十六条及相关规定，现决定如下：

废除上海诚泰仁合医疗科技发展有限公司在本项目中的中标资格。

我方将依法将此复核结论及处理决定通知相关供应商，并按照政府采购法律法规的规定，组织后续程序。

四、 权利告知

如贵公司对本答复意见不服，可在收到本回复函之日起 15 个工作日内，向同级政府采购监督管理部门（阿巴嘎旗财政局）依法提起投诉。

感谢贵公司对本项目采购活动的关注与监督。

特此函复。

采购人：阿巴嘎旗蒙医医院

日期：2025 年 12 月 16 日

