

# 正镶白旗财政局文件

正白财字（2025）144号

## 关于下达政府采购投诉处理决定书的通知

正镶白旗人民医院 内蒙古钧涅招投标有限公司 内蒙古昀昌  
医疗科技有限公司 内蒙古纳睿昇医疗器械有限公司：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，我局对“2025 医疗设备采购项目（二次）、采购项目号152529-NMGJY-GK-20250001-1）第2包的投诉事宜依法进行了审查处理，现将投诉处理决定书下达给你们。

附件：《政府采购投诉处理决定书》



正镶白旗财政局

2025年12月23日

附件

## 政府采购投诉处理决定书

投诉人：内蒙古昀昌医疗科技有限公司

地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市额尔敦街道文萃苑小区东街面第四间商铺

邮编：026000

法定代表人：崔志伟

联系电话：15847967788

授权代表：马晓楼 联系电话：13848499106

地址：内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市兴安巷新华社区6组21号

邮编：026000

被投诉人1：正镶白旗人民医院

地址：正镶白旗明安图镇布日都西街

邮编：013800

联系人：张建军

联系电话：13904795349

被投诉人2：内蒙古钧涅招投标有限公司

地址：锡林浩特市华新未来城4号楼3层

邮编：026000

联系人：冀忠

联系电话：15624638747

相关供应商：内蒙古纳睿昇医疗器械有限公司

地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市杭办步行街  
第一排第4号商铺

邮编：026000

联系人：邢海莺

联系电话：15547918966

投诉事项：中标单位“内蒙古纳睿昇医疗器械有限公司”  
存在提供虚假材料谋取中标情况。

经质疑后向本局投诉。本局依法进行了审查，现已审查  
终结。

#### 一、投诉方主要投诉事项及核查事实情况

投诉事项1：矫正镜（带格）中标单位所提供的产品  
2-2(品目名称:矫正镜（带格）的品牌：友邦、规格型号：  
YB-409-2，我公司查询制造商（常州市友邦医疗康复器材有限  
公司）官网发现其矫正镜（带格）的规格：不小于 88×66×  
186cm 和招标文件要求的 1.规格：不小于 930×650×1840mm  
不相符，投标规格属于负偏离；

本局核查决定：经由“常州市友邦医疗康复器材有限公  
司提供的回复函”中所提供的佐证，认定投诉事项1不成立。

投诉事项2：中标单位所提供的产品2-3(品目名称:平行  
杠（配矫正板）)的品牌：友邦、规格型号：YB-102-1，我公  
司查询制造商（常州市友邦医疗康复器材有限公司）官网发现  
其平行杠（配矫正板）的杠杆直径：不小于 $\Phi 3.5\text{cm}$ 和招标文

件要求的 2. 杠杆直径：不小于  $\Phi 38\text{mm}$  不相符，投标规格属于负偏离；

本局核查决定：经由“常州市友邦医疗康复器材有限公司提供的回复函”中所提供的佐证，认定投诉事项 2 不成立。

投诉事项 3：中标单位所提供的产品 2-7(品目名称：体操棒与抛接球)的品牌：友邦、规格型号：YB-218-1，我公司查询制造商（常州市友邦医疗康复器材有限公司）官网发现其体操棒与抛接球的规格：40\*40\*101cm 和招标文件要求的 1. 规格：不小于  $400 \times 400 \times 1020\text{mm}$  不相符；体操棒数量：4 个和招标文件要求的 3. 体操棒数量：不少于 5 个不相符；抛接球直径：20cm 和招标文件要求的 4. 抛接球直径：不小于  $\Phi 250\text{mm}$  不相符；抛接球数量：3 个和招标文件要求的 5. 抛接球数量：不少于 4 个不相符，投标规格属于负偏离；

本局核查决定：经由“常州市友邦医疗康复器材有限公司提供的回复函”中所提供的佐证，体操棒与抛接球的规格：40cm\*40cm\*101cm 不符合招标文件要求 1. 的规格，但是投标文件中偏离程度填写“响应”，认定投诉事项 3 部分成立。

投诉事项 4：中标单位所提供的产品 2-10(品目名称：复式墙拉力器)的品牌：友邦、规格型号：YB-406，我公司查询制造商（常州市友邦医疗康复器材有限公司）官网发现其复式墙拉力器的行程范围：0-115cm 和招标文件要求的 2. 行程范围：不小于 0~126cm 不相符；配重块数量：5 块和招标文件要求的

4. 配重块数量：不少于 10 块不相符；规格：55\*16\*158cm 和招标文件要求的 7. 规格：不小于 630×190×1800mm 不相符；投标规格属于负偏离；

本局核查决定：经由“江苏省药品监督管理局回复函”中所提供的产品备案信息，认定投诉事项 4 成立。

投诉事项 5：中标单位所提供的产品 2-12(品目名称：组合套凳)的品牌：友邦、规格型号：YB-804，我公司查询制造商（常州市友邦医疗康复器材有限公司）官网发现其组合套凳的规格：49\*34\*60cm 和招标文件要求的 1. 规格：不小于 580×390×610mm，530×360×510mm，490×330×410mm，440×300×310mm，380×270×210mm 不相符，投标规格属于负偏离；

本局核查决定：经由“常州市友邦医疗康复器材有限公司提供的回复函”中所提供的佐证，认定投诉事项 5 不成立。

投诉事项 6：中标单位所提供的产品 2-14(品目名称：肩关节康复训练器)的品牌：友邦、规格型号：YB-211，我公司查询制造商（常州市友邦医疗康复器材有限公司）官网发现其肩关节康复训练器的规格：40\*17\*127cm 和招标文件要求的 1. 规格(mm)：不小于 150×390×1350~1630 不相符；肩梯升降范围：0-45cm 和招标文件要求的 2. 肩梯升降范围：0~600mm 不相符，投标规格属于负偏离；

本局核查决定：经由“江苏省药品监督管理局回复函”中所提供的产品备案信息，认定投诉事项 6 成立。

**投诉事项 7:** 中标单位所提供的产品 2-16(品目名称: 液压式踏步器 (踏步训练器)) 的品牌: 友邦、规格型号: YB-308, 我公司查询制造商 (常州市友邦医疗康复器材有限公司) 官网发现其液压式踏步器 (踏步训练器) 的规格: 80\*75\*110cm 和招标文件要求的 1. 规格: 不小于 700×630×1300mm 不相符; 扶手高度: 100cm 和招标文件要求的 3. 扶手高度: 不小于 1200 mm 不相符, 投标规格属于负偏离;

**本局核查决定:** 经由“常州市友邦医疗康复器材有限公司提供的回复函”中所提供的佐证, 认定投诉事项 7 不成立。

**投诉事项 8:** 中标单位所提供的产品 2-17(品目名称: 站立平衡训练支具) 的品牌: 友邦、规格型号: YB-529-1, 我公司查询制造商 (常州市友邦医疗康复器材有限公司) 官网发现其站立平衡训练支具的规格: 80\*60\*9cm 和招标文件要求的 1. 规 (mm): 不小于 900×700×90 不相符; 面板摆动角度: -13° -13° 和招标文件要求的不相符; 投标规格属于负偏离;

**本局核查决定:** 经由“常州市友邦医疗康复器材有限公司提供的回复函”中所提供的佐证, 认定投诉事项 8 不成立。

**投诉事项 9:** 中标单位所提供的产品 2-19(品目名称: 辅助步行训练器) 的品牌: 友邦、规格型号: YB-105-1, 我公司查询制造商 (常州市友邦医疗康复器材有限公司) 官网发现其辅助步行训练器的规格: 70\*100\*(112-130) cm 和招标文件要求的 1. 规格 (mm): 不低于 995×800×1095~1570 不相符; 手柄

间距离调节范围：0-40cm 和招标文件要求的 2. 手柄间距离调节范围（mm）：0~590 不相符；座垫前后调节范围： $\geq 10$ cm 招标文件要求的 6. 座垫前后调节范围 mm：0~250 不相符，投标规格属于负偏离；

本局核查决定：经由“江苏省药品监督管理局回复函”中所提供的产品备案信息，辅助步行训练器的规格：70\*100\*（112-130）cm 不符合招标文件要求的 1. 规格（mm）：不低于 995 × 800 × 1095 ~ 1570；经由常州市友邦医疗康复器材有限公司提供的“回复函”中所提供的佐证，座垫前后调节范围： $\geq 10$ cm 不符合招标文件要求的 6. 座垫前后调节范围 mm：0~250，但是投标文件中偏离程度填写“响应”，认定投诉事项 9 部分成立。

投诉事项 10：中标单位所提供的产品 2-21（品目名称：体外冲击波治疗仪）的品牌：好博、规格型号：HB100M，我公司查询制造商（苏州好博医疗器械股份有限公司）产品说明书发现其体外冲击波治疗仪的最大治疗强度：1bar-4bar 和招标文件要求的 3. ●最大治疗强度： $\geq 4$ bar 不相符；最大治疗频率：1-21Hz 和招标文件要求的 7. ●最大治疗频率： $\geq 18$ Hz 不相符，投标规格属于负偏离；

本局核查决定：经由“苏州好博医疗器械股份有限公司提供的回复函”中所提供的佐证，认定投诉事项 10 不成立。

**投诉事项 11:** 中标单位所提供的产品 2-22(品目名称:训练用阶梯(双向))的品牌:友邦、规格型号:YB-104-1,我公司查询制造商(常州市友邦医疗康复器材有限公司)官网发现其训练用阶梯(双向)的规格:337\*83\*120-147cm和招标文件要求的 1.规格:不小于 3350×830×1350~1550mm 不相符,投标规格属于负偏离;

**本局核查决定:** 经由“常州市友邦医疗康复器材有限公司提供的回复函”中所提供的佐证,认定投诉事项 11 成立。

**投诉事项 12:** 中标单位所提供的产品 2-24(品目名称:医用电动诊疗床)的品牌:友邦、规格型号:YB-XLC-D/PT-3,我公司查询制造商(常州市友邦医疗康复器材有限公司)官网发现其医用电动诊疗床的额定输入功率:100VA和招标文件要求的 1.额定输入功率:不低于 240VA 不相符;床体最大安全载荷:≤170kg和招标文件要求的 3.床体最大安全载荷:不小于 200kg 不相符;控制方式:手柄电动控制和招标文件要求的具有手柄开关和脚踏开关,等多种控制开关不相符;配有 4 个 3 寸医用轮,且带有 4 个脚轮起落手柄,方便移动和招标文件要求的 7.配备 4 个脚轮通过脚踏四联动装置锁定不相符;投标规格属于负偏离;

**本局核查决定:** 经由“常州市友邦医疗康复器材有限公司提供的回复函”中所提供的佐证,手柄电动控制不符合招标文件要求的具有手柄开关和脚踏开关,等多种控制开关;

配有4个3寸医用轮，且带有4个脚轮起落手柄，方便移动不符合招标文件要求的7. 配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，但是投标文件中偏离程度填写“响应”，认定投诉事项12部分成立。

**投诉事项13：**中标单位所提供的产品2-28(品目名称：多功能训练器（七件组合）)的品牌：友邦、规格型号：YB-402，我公司查询制造商（常州市友邦医疗康复器材有限公司）官网发现其多功能训练器（七件组合）的规格：196\*120\*213cm和招标文件要求的1. 规格：不小于2980×2300×2420mm不相符，投标规格属于负偏离；

**本局核查决定：**经由“江苏省药品监督管理局回复函”中所提供的产品备案信息，认定投诉事项13成立。

**投诉事项14：**中标单位所提供的产品2-30(品目名称：认知障碍康复评估训练系统)的品牌：好博、规格型号：HB-CRT，我公司查询制造商（苏州好博医疗器械股份有限公司）彩页发现其认知障碍康复评估训练系统的评估量表：17项国际专用评估量表，满足临床多元化需求和招标文件要求的2、评估量表：≥19个不相符，投标规格属于负偏离；

**本局核查决定：**经由“江苏省药品监督管理局回复函”中所提供的产品备案信息，认知障碍康复评估训练系统的评估量表：17项不符合招标文件要求的2、评估量表：≥19项，但是投标文件中偏离程度填写“响应”，认定投诉事项14

项成立。

## 二、法律依据和处理决定

依据《政府采购质疑和投诉办法》第三十二条第一款第（三）规定作出如下处理决定：政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商，否则重新开展采购活动。

关于中标人提供虚假材料谋取中标的行为，我局将另案处理。

投诉人如不服本决定，可在决定书送达之日起六十日内向正镶白旗人民政府申请行政复议；也可在本决定书送达之日起六个月内直接向正镶白旗人民法院提起行政诉讼。