

广播电视发射、监测设备、天馈线系统等更新改造

询价通知书

采购单位名称：准格尔旗融媒体中心

采购代理机构名称：内蒙古亿锋项目管理有限公司

项目编号：ESZCZQS-X-H-260301

2026年09月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

内蒙古亿锋项目管理有限公司 受 准格尔旗融媒体中心 委托，采用询价方式组织采购 广播电视发射、监测设备、天馈线系统等更新改造 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 广播电视发射、监测设备、天馈线系统等更新改造

项目编号： ESZCZQS-X-H-260301

采购计划备案号： 430[2026]05520

2.内容及划分采购包情况

采购包1：融媒体中心发射机

采购包预算金额（元）： 1,824,300.00

采购包最高限价（元）： 1,824,300.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	1KW 调频数字音频广 播发射机	3. 00	345,000 .00	台	工业	否	否	否	否
2	CD 数字音频编码器	3. 00	159,000 .00	台	工业	否	否	否	否
3	调频数字音频广播复 用器	1. 00	33,500. 00	台	工业	否	否	否	否
4	五工器	1. 00	135,000 .00	台	工业	否	否	否	否
5	主备切换系统（含同 轴开关、辅材）	1. 00	20,000. 00	套	工业	否	否	否	否
6	解码器	24 .0 0	324,000 .00	台	工业	否	否	否	否
7	多路音频解码器（8路 ）	6. 00	120,000 .00	台	工业	否	否	否	否
8	码流切换器	1. 00	12,000. 00	台	工业	否	否	否	否
9	40馈管	3. 00	126,000 .00	根	工业	否	否	否	否
10	80馈管	1. 00	65,800. 00	根	工业	否	否	否	否

11	天线维护	1.00	70,000.00	项	租赁和商务服务业	否	否	否	否
12	媒体综合处理平台	1.00	106,000.00	台	工业	否	否	否	否
13	UHF四层四面四偶极板天线	2.00	120,000.00	台	工业	否	否	否	否
14	FM四层四面双偶极板天线	1.00	160,000.00	台	工业	否	否	否	否
15	FM四层垂直极化单偶极子天线	1.00	28,000.00	台	工业	否	否	否	否

采购包2：融媒发射台监测智慧运维

采购包预算金额（元）：348,752.00

采购包最高限价（元）：348,752.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	台站地图全景展示界面升级	1.00	108,752.00	套	工业	否	否	否	否
2	全景可视化	3.00	195,000.00	套	租赁和商务服务业	否	否	否	否
3	一体化值班	3.00	45,000.00	套	租赁和商务服务业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.供应商的资格要求

- 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1：融媒体中心发射机

无

采购包2：融媒发射台监测智慧运维

无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古亿锋项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇富民街12号9号楼1单元902号

邮编： 017200

联系人： 嘎迪

联系电话： 18547775077

采购单位名称： 准格尔旗融媒体中心

地址： 鄂尔多斯市准格尔旗

邮编： 017200

联系人： 吕文义

联系电话： 04773958685

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 2 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法 采购包2：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受 采购包2：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：1.5%
13	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。

16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	无

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2 保证金的退还

2.2.1 未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2 现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子

响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
 - (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
 - (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。
- 4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 准格尔旗融媒体中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 内蒙古亿锋项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；
- (4) 参加人员对开启情况进行确认；
- (5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：融媒体中心发射机

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包2：融媒发射台监测智慧运维

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

特定资格要求

采购包1：融媒体中心发射机

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：融媒发射台监测智慧运维

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与

投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

对现有广播电视发射、监测设备及天馈线系统进行更新改造，提升信号发射质量与稳定性，保障广播电视节目安全、优质播出，满足本地区广播电视覆盖及传输需求。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：融媒体中心发射机

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	2026年10月
2		标的提供地点	准格尔旗
3		合同履行期限	合同签订后一年内完成
4		合同履行地点	准格尔旗
5		验收要求	符合采购需求，验收合格
6		合同支付方式	1、50.00，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00% 2、50.00，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包2：融媒发射台监测智慧运维

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	2026年10月
2		标的提供地点	准格尔旗
3		合同履行期限	三年
4		合同履行地点	准格尔旗
5		验收要求	符合采购需求，验收合格
6		合同支付方式	1、100，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：融媒体中心发射机

标的名称：1KW 调频数字音频广播发射机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		调频频段数字音频广播发射机技术参数： 1. 功放模块：采用高增益、高线性进口LDMOS功放芯片，具备卓越的发射效率与信号稳定性，可满足长时间高负荷运行场景下的性能要求。 2. 信号处理：搭载FPGA数字编码核心技术，集成增益动态调节及包络线性/非线性预校正功能，有效优化音频信号还原度，保障广播音质清晰通透。 3. 功率控制：具备手动和自动电平控制方式。

- 4. 能效设计：采用低功耗超线性电路架构，在保障输出功率的同时，实现非线性失真的精准控制，兼顾能效与音质表现。
- 5. 冷却系统：配置智能风机强迫制冷方案，散热效率高，可支持设备在满负荷状态下长时间稳定运行，避免过热降额。
- 6. 结构特性：采用模块化设计理念，各功能单元独立封装，拆装便捷，便于后期维护与故障排查；外形尺寸严格遵循机房标准安装规范，适配标准机柜部署。
- 7. 运行能力：具备宽温环境适配能力，可在-20℃~+50℃范围内稳定工作；支持24小时连续运行及无人值守模式，满足全天候广播覆盖需求。

（一）发射机核心指标

- ▲1. 额定输出功率为1000W，工作频率范围覆盖87~108MHz。频率调整步长根据组网模式有所区别，多频网≤1Hz，单频网≤1Hz；频率准确度同样适配不同组网需求，多频网≤100Hz，单频网≤1Hz。
- ▲2. 相位噪声指标表现优异，10Hz频偏时≤-92dBc/Hz，100Hz频偏时≤-114dBc/Hz，1kHz频偏时≤-125dBc/Hz，10kHz及100kHz频偏时均≤-130dBc/Hz，1MHz频偏时≤-143dBc/Hz。
- ▲3. 频谱模板符合严格标准，±100kHz偏移时≤-59dB，±110kHz及±200kHz偏移时≤-88dB，±250kHz偏移时≤-91dB。带内指标方面，带内频谱符合性≤0.5dB，子带间功率均匀性≤0.1dB，带肩≤-65dB。
- 4. 带外杂散控制精准，邻频道内≤-59dB；邻频道外，87MHz以下及108MHz以上频段≤-70dB且≤1mW，87-108MHz频段≤-68dB且≤5mW。关键性能上，功率稳定性为±0.1dB，MER≥40dB，射频带宽符合GD/J 062-2014附录A要求。

（二）立体声广播指标（模拟/数模同播方式）

- ▲1. 残波辐射指标根据输出功率分级设定，功率≥25W时，≤-78dB且<1mW；功率<25W时，≤-70dB或25μW；基础参数表现稳定，寄生调幅噪声为<-67dB，导频偏差0±1Hz，S信号38kHz残留≤-69dB。
- 2. 调制与失真控制精准，100%调制频偏为±75kHz，预加重50μs，L/R声道失真均≤0.1%。音质指标出色，频率响应（无论有无加去重）≤0.1dB，信噪比≥85dB，声道分离度≥50dB，声道电平差≤0.1dB。

二、保护与监控功能

- 1. 多重安全保护：集成防雷、过压、过流、欠压、过温、驻波过大、过激励等全方位保护机制，有效规避设备故障及安全风险。
- 2. 智能诊断能力：支持设备运行状态实时监测，可自动定位故障点并生成诊断报告，降低维护难度。
- 3. 双模式状态指示：配置LED指示灯与液晶显示屏双重指示系统，直观展示设备工作状态、报警信息及关键监控数据。
- 4. 远程运维管理：配备标准遥控遥测接口，支持本地/远程双模式监测输出功率、工作温度等关键参数，实现远程配置与运维。
- 5. 多级报警输出：当出现功率异常、过温等故障时，自动触发声光报警及远程报警通知，确保故障及时响应。
- 6. 监测信号输出：提供10MHz标准时钟信号及射频信号监测输出接口，便于系统集成及第三方监测设备接入。

	激励器技术参数： 1. ASI输入：2路（热备份），BNC阴型，75Ω 2. IP输入：1路100M，支持UDP协议 3. 音频输入：1路AES/EBU（平衡）、1路模拟音频 4. 控制与时钟：2路RS232/485（含控制+TOD）；GPS/10Mhz时钟（输入/环出，BNC阴型，50Ω） 5. 同步输入：1PPS（输入/环出，BNC阴型，TTL电平，50Ω） 6. RF输入：RF信号输入/环出（BNC接口） 7. 选配：ANT接口（BNC型，选配） 8. 标准：GY/T 268.1-2013，GD/J 061-2014 9. FFT规格：1024、2048 10. 星座映射：QPSK、16QAM、64QAM 11. LDPC编码率：1/4、1/3、1/2、3/4 12. 调制模式：CDR、FM、CDR+FM（支持同时/独立传输） 13. 组网模式：单频网（SFN）、多频网（MFN） 14. 频率：50~180MHz（步进0.05Hz）；SFN模式准确度0Hz，MFN模式±1Hz 15. 频率稳定度：内参≤1×10⁻⁷，外参≤1×10⁻⁹ 16. 输出电平：-22dBm~+8dBm（步进0.1dBm），24h功率稳定度±0.1dB 17. 核心性能：MER≥52dB；带肩比≤-70dBc；邻频带内无用发射≤-68dB，带外≤-75dB 18. 接口：射频输出（N型阴型，50Ω）；监测输出（BNC阴型，50Ω） 19. 相位噪声：10Hz≤-90dBc/Hz，100Hz≤-115dBc/Hz，1KHz≤-120dBc/Hz，10KHz及100KHz≤-132dBc/Hz，1MHz≤-140dBc/Hz 20. 支持液晶+按键本地操作、web远程管理（中文界面）；支持网络远程升级及本地/远程参数配置 包含：以上包含设备安装及施工辅材 ▲发射机需提供由国家无线电管理委员会（现工业和信息化部）核发的无线电发射设备型号核准证复印件、国家广播电视总局核发的广播电视设备器材入网认定证书复印件加盖投标单位公章；激励器需提供国家广播电视总局核发的广播电视设备器材入网认定证书复印件加盖投标单位公章；加▲为重要参数要求需提供入网检测报告复印件加盖投标单位公章佐证，作为评审依据
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：CD 数字音频编码器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		▲1. 完成1路音频信号的压缩编码，并通过网络接口将编码后信号进行输出。 2. 编码器整体符合GD/J059-2014《调频频段数字音频广播音频编码器技术要求和测量方法》； 3. 采用嵌入式硬件架构，要求软硬件具备高可靠性，满足广播系统7x24小时连续运行的要求； 4. 编码输出码率范围24kbps-128kbps，码率连续可调； 5. 采样频率至少支持44.1kHz、48kHz两种； 6. 采样精度不低于16bits； 7. 支持输入声道数支持2.0； 8. 输出码流符合RTP传输协议，支持UDP组播和单播发送方式； ▲9. 输入接口：AES/EBU； 10. 输出接口：具备RJ45接口，支持100Mbps或1000Mbps； 11. 编码标准：DRA+； 12. 要求前面板有信息显示屏，能对本设备基本运行参数进行动态显示； 13. 支持1+1自动切换冗余备份； 14. 断电重启配置自动保存； 15. 支持SNMP网管协议； 16. 电源要求：AC 220±22V；频率50Hz±3Hz。
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：调频数字音频广播复用器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		▲1. 支持标准单频网和多频网模式 2. ASI 输入：4 路，BNC 接口（阴型），阻抗 75Ω（选配） 3. TOD 输入：1 路，RS232/485 接口 4. IP 输入：1 路 1000M IP 输入，遵循 CDR 标准定义的 RTP 协议，支持音频业务和数据业务输入 5. 参考时钟输入：GPS/10Mhz 参考时钟输入及环出，BNC 接口（阴型），阻抗 50Ω 6. GPS 1PPS 输入：1 路 GPS 1PPS 输入及环出，BNC 接口（阴型），TTL 电平，阻抗 50Ω 7. GPS 天线接口：GPS ANT，BNC 接口 8. IP 输出：2 路千兆 IP 输出，遵循 CDR 标准定义的 UDP 协议（主路和备份） 9. ASI 输出：2 组（4 路）输出，支持 GD/J 061-2014 描述的两种流格式 10. 支持音频业务和数据业务（含 ESG、应急广播、数据广播等）复用输出，支持复用标识配置 11. 支持高效的 GPS 时钟或外部参考 10M 时钟锁定 12. 支持液晶显示、按键操作及 Web 网管，中文显示界面 13. 支持本地和远程配置调制参数 14. 可通过网络进行软件升级 15. 工作温度范围：-15℃～60℃ 16. 存储温度范围：-20℃～80℃ 17. 电源要求：90V～264V AC，47Hz～63Hz 18. 功耗：<30W
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五工器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		(1) 技术要求 统，同时可兼容FM和CDR发射； 2.五工器为全桥式结构，五工器包含5个桥式单元，宽带口预留；五工器在整个87MHz～108MHz范围内频率可调； (2) 一般要求 1.多工器要求机械结构紧固，各零部件连接牢固无松动；外观整洁，无表面划伤、毛刺、变形等现象；表面涂镀层无起泡、脱落等现象；金属件无锈蚀或机械损伤。 2.滤波器腔体材质为等于或优于优质铝合金；桥式单元之间级联采用紫铜材料，外表面作抗氧化处理； 3.滤波器及五工器的功率容量应充分满足输入功率的要求。在正常使用状态下，设备表面温度应不超过环境温度25℃。 4.滤波器及五工器的调谐部件采取温度补偿措施以保证设备的稳定性。 (3) 环境条件 1.温度：-5℃～55℃； 2.相对湿度：≤90% 3.大气压力：86kPa～106kPa。 (4) 接口要求： 1.输入接口：DIN7/16或EIA 1 5/8” 2.输出接口：EIA 1 5/8” (5) 功能要求 ▲1.能实现任意5个FM或CDR频率（87MHz～108MHz）发射功率合成。 (6) 性能要求 1.频率范围：87MHz～108MHz范围内全频段可调 ▲2.额定功率：每路输入不小于1kW，总输出不小于5kW 3.工作频率：88.2MHz、91.3MHz、99.6MHz、101.6MHz、100.8MHz 4.五工器结构：五工器为全桥式结构，五工器包含5个桥式单元，宽带口预留；多工器中的滤波器至少包含3个谐振腔 5.端口阻抗：50Ω 6.窄带端驻波比：≤1.10 7.窄带端插入损耗：多工器每增加1级，窄带端通带内（f0±500kHz范围内）插入损耗可增加0.10dB 8.宽带端驻波比：≤1.10（指定频率） 9.宽带端插入损耗：≤0.10dB（指定频率） 10.隔离度：窄带到窄带≥45dB 窄带到宽带≥35dB 宽带到窄带≥45dB 11.冷却方式：风冷/自然冷却
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：主备切换系统（含同轴开关、辅材）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、支持1路主发射机射频检测和1路备发射机射频检测。 2、能完成对信号的采集接收，同时发射机出现故障时能控制发射机主备机的切换,保证发射系统的正常运行。 3、支持自动或手动操作。 4、设备支持功率检测。 5、具备1组AC 380V输入，2组AC 380V输出（主机、备机各1组）。 6、设备能完成发射机市电的切换控制。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：解码器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、设备为1U标准机架式结构，支持双电源供电； 2、设备RF输入具备DVB-S/ABS-S解调接收功能； ▲3、支持DVB-S: QPSK；DVB-S2: QPSK、 8PSK、 16APSK、 32APSK调制模式的解调，须具备国家广电总局下属权威机构出具的检测报告，并提供相应证明材料复印件加盖投标人公章 ▲4、滚降系数支持0.35， 0.25， 0.2， 0.15， 0.1， 0.05，须具备国家广电总局下属权威机构出具的检测报告，并提供相应证明材料复印件加盖投标人公章 5、设备具备2个RJ45千兆全双工IP接口； 6、支持ASI输入输出，具备不少于2个可自定义输入输出的ASI接口； 7、支持对卫星节目解扰，具备不少于2个CAM卡槽； 8、支持AVS+/H.264/MPEG2等不同编码格式的标清、高清节目流解码监测； 9、前面板须具备LCD液晶面板及操作按键；支持WEB管理、SNMP统一管理； ▲10、需提供由国家广播电视总局核发的广播电视设备器材入网认定证书复印件加盖投标单位公章作为评审依据
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多路音频解码器（8路）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、采用1U标准机架式模块化设备，至少具备3个多功能扩展卡槽，可扩展如卫星/有线/无线解调接收与调制、加解扰、多格式编转码、多格式适配等多种功能； 2、采用基于芯片设计的嵌入式硬件设备，不得采用基于工控机/服务器架构的设备； 3、具备2个ASI输入接口和2个ASI输出接口，接口类型：BNC，阻抗：75Ω； 4、具备1个千兆IP输入输出接口，接口类型：RJ45； 5、具备至少8组模拟音视频输出接口，接口类型：凤凰座子； 6、支持至少8套音视频节目的解码输出功能； 7、音频解码格式：MPEG-1Layer2、可扩展AAC、AC3； 8、音频采样率：32KHz、44.1KHz、48KHz； 9、音频模式：单声道、双声道、立体声； 10、支持音量调节功能； 11、支持复用、解复用、直通等功能； 12、支持IP地址显示与设置、设备版本信息和恢复出厂设置的基本操作功能； 13、支持导入、导出配置文件功能； 14、具备独立的网络管理接口； 15、支持SNMP协议，可提供基于SNMP的MIB库文件用于第三方平台集成；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：码流切换器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持6路ASI输入（可任意选择其中3路作为主、备、辅路输入）； 2、支持6路ASI输出（可任意配置为切换输出或者某路输入的直通输出）； 3、支持188/204格式的TS包； 4、切换系统能够以手动和自动两种方式对输入节目码流进行切换； 5、主路信号恢复后，可自动或手动恢复主路信号输出； 6、支持断电后ASI 1输入直通到ASI 1输出； 7、支持对每套节目进行状态（码率、连续计数错误、同步状态等）监测； 8、支持通道级和节目级切换； 9、支持手动、浮动和定向三种切换方式； 10、切换器支持按键切换输出，同时可配置远程切换面板实现远程快速一键切换输出。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：40馈管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1规格：SDY-50-40 140米 2技术要求 3材质：紫铜 4驻波比：≤1.08（88-108MHz） 驻波比：≤1.06（550kHz-1600 kHz） 驻波比：≤1.12（470 MHz -702 MHz） 5接口：IF70 6含轴具、运输至当地发射台费用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：80馈管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1规格：SDY-50-80 140米 2技术要求 3材质：紫铜 4驻波比：≤1.08（88-108MHz） 驻波比：≤1.06（550kHz-1600 kHz） 驻波比：≤1.12（470 MHz -702 MHz） 5接口：IF110 6含轴具、运输至当地发射台费用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：天线维护

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		拆除：旧塔天馈 / 馈线拆卸顺序、参数拍照记录、接头保护、现场清理 运输：天线包装防护、接头保护帽、馈线弯曲半径、防雨防震运输 新塔安装：抱杆加固、天线就位、馈线布放卡固间距、三层防水、三点接地 包含面包天线2付、调频单偶极子天线2付、调频双偶天线1付。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：媒体综合处理平台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.▲设备应为1U嵌入式架构，非X86架构； 2.须具备良好的电磁兼容性指标 3.▲须具备高可靠性，须保障无故障运行时间大于100000小时。 4.▲设备支持6路DVB-S/S2/S2X开锁卫星流的解调 5.设备机框具备至少2路全双工SFP接口（1+1），光模块、电模块可选（为通信安全且避免占用设备板卡槽位，不得采用IP接口卡等简易扩展IP的方式），单个IP接口输入或输出码率不低于900Mbps； 6.设备具备卫星信号RF输入接口，F型，75Ω； 7.卫星接收模块频率支持950MHz—2150MHz； 8.卫星接收模块有效接收电平支持-65dBm—25dBm； 9.卫星接收模块符号率支持1Msps~45Msps； 10.卫星接收模块支持的调制模式DVB-S2/S2X支持：QPSK、8PSK、16APSK、32APSK；DVB-S支持：QPSK； 11.模块兼容C/Ku波段； 12.整机支持15个可自定义为输入输出的ASI端口 13.设备前面板具备LCD液晶显示面板及板卡状态指示灯，方便设备信息查询； 14.▲需提供由国家广播电视总局核发的广播电视设备器材入网认定证书复印件加盖投标单位公章作为评审依据、加▲为重要参数要求需提供国家广电总局或其他权威机构出具的检测报告，盖投标单位公章佐证，作为评审依据
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：UHF四层四面四偶极板天线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		（1） 天线形式： 四偶极板。 （2） 频率范围： 天线系统均满足在470～702MHz 内所有电视频道的使用要求。 （3） 极化方式： 水平极化或垂直极化。 （4） 天馈线阻抗： 50Ω。 （5） 驻波比： 在470～702MHz 范围内： 在天馈线系统输入端（含主馈线）≤1.10。 （6） 天线增益： 在470～702MHz 范围内 增益G≥11dBd（四层四面）； （7） 天线功率容量与接口 天线系统功率容量不小于数字5kW,IF70输入； （8） 馈电系统要求： 天线主变阻器输入端能与货物清单相应的发射同轴馈缆法兰相连接。 （9） 天线场型设计（根据工程情况，计算机仿真优化系统场型） ①水平面场型：不圆度<±3dB； ②垂直面场型：根据天线和服务区的海拔高度情况设计合理的电气下倾角，并保证第一零点填充大于10%； ③提供水平面场型、垂直面场型，并根据用户的要求和塔体位置再设计天线参数以满足

1	覆盖要求，天线尺寸安装满足铁塔设计的预留空位。 (10) 机械性能要求: (对于安装于室外的部分) ①承受最大风速>200km/h; ②使用环境温度: -40C°—— +55 C°; ③适应相对湿度: <95%, 结露, 裹冰; ④可在暴风雨雪气象条件下保证正常工作。 (11) 制作材料和工艺要求 (投标提交承诺函): ①天线材料: UHF四偶极板天线单元的内部振子的制造工艺须有利于保证天线指标的一致性, 天线内导体、馈电系统材质等于或优于铜; 反射板材质等于或优于304 材不锈钢, 反射板厚度实测值大于1.8mm; 天线所有螺栓为材质等于或优于热镀锌, 外加天线罩采用材质等于或优于优质玻璃钢材料; 外观颜色为红白相间的警告色; ②功分器材料: 选用材质等于或优于T2 铜管, 外导体材质等于或优于精拉紫铜管; 内导体材质等于或优于铜; ③功分器采用90°移相器技术; 输入阻抗为50欧; ④绝缘材料: 材质等于或优于聚四氟乙烯; ⑤安装构件: 材质等于或优于热浸锌钢材料; ⑥天线安装连接螺栓: 材质等于或优于热镀锌螺栓; ⑦天馈线系统充气要求将干燥空气充入整个馈电系统内, 直至天线单元输入端口。 ⑧整套天线要求经过加压测试及防水、防锈处理。接头密封: 专业技术人员上塔操作密封处理。防水处理等于或优于以下要求: 天线接头内放置硫化密封圈; 天线接头安装注入防水螺纹胶; 外包防水室外用自粘胶带; 最后外用带胶热缩套管热缩; ⑨天馈线系统的气密性: 在发射机房天馈线系统主馈电缆 (不含实蕊绝缘电缆) 输入端充入30kpa 气压的干燥空气。 (12) 天馈线系统的直流电阻和绝缘电阻 ①天馈线系统的直流电阻: 100m 不大于0.1Ω; ②天馈线系统的绝缘电阻: 主馈线、功率分配器 (在无短路点的情况)、分馈线等不小于500MΩ。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：FM四层四面双偶极板天线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		(1) 天线形式: 双偶极板; (2) 频率范围: 87~108MHz ; (3) 极化方式: 水平极化或垂直极化; (4) 天馈线阻抗: 50Ω。 (5) 驻波比: 在87~108MHz 范围内在天馈线系统输入端 (含主馈线) ≤1.15。 (6) 天线增益: 在87~108MHz 范围内增益G≥7.5dBd (四层四面) ;

(7) 天线功率容量与接口

天线系统功率容量不小于30kW,IF110输入；

(8) 馈电系统要求:

天线主变阻器输入端能与货物清单相应的发射同轴馈缆法兰相连接。

(9) 天线场型设计（根据工程情况，计算机仿真优化系统场型）

①水平面场型：不圆度<±3dB；

②垂直面场型：根据天线和服务区的海拔高度情况设计合理的电气下倾角，并保证第一零点填充大于10%。

(10) 机械性能要求: (对于安装于室外的部分)

①承受最大风速>200km/h；

②使用环境温度：-40C°—— +55 C°；

③适应相对湿度： <95%，结露，裹冰；

④可在暴风雨雪气象条件下保证正常工作；

⑤有专业的有资质的结构设计工程师进行设计。

(11) 制作材料和工艺要求:

①天线材料:天线内导体、馈电系统均为材质等于或优于黄铜；外导体材质等于或优于304材不锈钢；反射板材质等于或优于304 材不锈钢；天线所有螺栓为材质等于或优于热镀锌；反射板可承受安装工人踩踏，管径及机械强度保证承受风速≥200 公里/小时不造成永久性变形或损坏；

②功分器材料：选用材质等于或优于T2 铜管，外导体选用材质等于或优于精拉铜管，内导体材质等于或优于铜；

③功分器采用90°移相器技术，输入阻抗为50 欧；

④绝缘材料：材质等于或优于聚四氟乙烯；

⑤安装构件：材质等于或优于热浸镀锌钢材料；

⑥天线安装连接螺栓：材质等于或优于热镀锌螺栓；

⑦天馈线系统充气要求将干燥空气充入整个馈电系统内，直至天线振子输入端口；

⑧整套天线要求经过加压测试及防水、防锈处理。接头密封：专业技术人员上塔操作密封处理。防水处理等于或优于以下要求：

天线接头内放置硫化密封圈；天线接头安装注入防水螺纹胶；外包防水室外用自粘胶带；最后外用带胶热缩套管热缩。

(12) 天线单元防水结构处理：采用有效的密封防水处理，包括天线单元的振子防水处理等于或优于如下要求：

天线单元的振子中间使用材质等于或优于聚四氟乙烯的螺纹加密封圈压接密封防水处理，确保天线单元具有耐高低温防砸防裂的防水性能。

(13) 天馈线系统的气密性：在发射机房天馈线系统主馈电缆输入端充入30kpa气压的干燥空气。

(14) 天馈线系统的直流电阻和绝缘电阻

①天馈线系统的直流电阻：100m 不大于0.1Ω；

②天馈线系统的绝缘电阻：主馈线、功率分配器、分馈线等（在无短路点的情况）不小于500MΩ，天线单元（在无短路点的情况）不小于500MΩ。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		(1) 天线形式：单偶极子； (2) 频率范围：87~108MHz； (3) 极化方式：垂直极化； (4) 天馈线阻抗：50Ω。 (5) 驻波比：在87~108MHz 范围内 在天馈线系统输入端（含主馈线）使用频率≤1.15。 (6) 天线增益：在87~108MHz 范围内 增益G≥8dBd（四层）； (7) 天线功率容量与接口 天线系统功率容量不小于10kW,IF70输入； (8) 馈电系统要求： 天线主变阻器输入端能与货物清单相应的发射同轴馈缆法兰相连接。 (9) 天线场型设计（根据工程情况，计算机仿真优化系统场型） ①垂直面场型：根据天线和服务区的海拔高度情况设计合理的电气下倾角，并保证第一零点填充大于10%。 (10) 机械性能要求: (对于安装于室外的部分) ①承受最大风速>200km/h； ②使用环境温度：-40C°—— +55 C°； ③适应相对湿度： <95%, 结露，裹冰； ④可在暴风雨雪气象条件下保证正常工作； ⑤有专业的有资质的结构设计工程师进行设计。 (11) 制作材料和工艺要求： ①天线材料:天线内导体、馈电系统均为材质等于或优于黄铜；外导体材质等于或优于304材不锈钢； ②功分器材料：选用材质等于或优于T2 铜管，外导体选用材质等于或优于精拉铜管，内导体材质等于或优于铜； ③功分器采用90°移相器技术，输入阻抗为50 欧； ④绝缘材料：材质等于或优于聚四氟乙烯； ⑤安装构件：材质等于或优于热浸锌钢材料； ⑥天线安装连接螺栓：材质等于或优于热镀锌螺栓； ⑦天馈线系统充气要求将干燥空气充入整个馈电系统内，直至天线振子输入端口； ⑧整套天线要求经过加压测试及防水、防锈处理。接头密封：专业技术人员上塔操作密封处理。防水处理等于或优于以下要求： 天线接头内放置硫化密封圈；天线接头安装注入防水螺纹胶；外包防水室外用自粘胶带；最后外用带胶热缩套管热缩。 (12) 天线单元防水结构处理：采用有效的密封防水处理，包括天线单元的振子防水处理等于或优于如下要求： 天线单元的振子中间使用材质等于或优于聚四氟乙烯的螺纹加密密封圈压接密封防水处理

		，确保天线单元具有耐高低温防砸防裂的防水性能。 (13) 天馈线系统的气密性：在发射机房天馈线系统主馈电缆输入端充入30kpa气压的干燥空气
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：融媒发射台监测智慧运维

标的名称：台站地图全景展示界面升级

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	要求对现有系统进行功能升级，具备台站地图全景展示功能以及设备链路监测功能： 1、 台站地图全景展示功能 ▲界面要求基于电子地图实现辖区台站资源可视化展示，通过地图方式直观呈现各台站地理位置、运行状态、告警信息及资源分布情况，实现台站资源的集中展示与统一管理。 。 2、 设备链路监测功能 要求对现有系统进行功能升级，完成对三个监测前端台站的设备链路的监测。 支持展示信号链路上所有设备指标信息、信号内容、以及信号报警。 支持设备指标数据的展示。 ▲支持全链路设备链接状态和报警状态颜色区分和动态区分。 3、 设备数据采集对接 ▲完成三个监测前端台站链路设备的接口对接工作，实现工作状态、运行指标及告警信息的采集。 4、 平台系统融合 ▲系统升级后需要与原有系统无缝对接。并具备以下功能： 发射机监控：展示台站发射机工作指标状态，对重要指标支持柱图展示。同时支持对发射机，支持远程控制发射机关机、倒机、升降功率。支持远程控制发射机完成主备机自动倒换功能。 动环监控：支持对台站内的配电柜、稳压柜、UPS、发电机等动力系统的指标展示和发电机的控制，以及温湿度、烟感等环境设备的指标展示。支持指标门限的设定，可根据门限对指标进行声光报警提示和短信通知。 综合运维：可以根据值班需求，对发射机指标、链路设备指标、动力环境、交接班、报警信息等多项模块进行组合监测。同时支持对发射机、链路切换设备一键远程控制。 。 ▲5、 硬件配置要求：CPU：不低于2颗12核心、24线程CPU，主频≥2.1GHz；内存≥64GB；存储≥3*2.4TB；≥4路RS232串口；≥4路RS422/RS485串口，RS485和RS422可配置；≥12路模拟量采集；≥8路数字量采集；≥4路开关量采集。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全景可视化

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		要求以物理空间为界，定制可视化界面实时展示三个前端台站各个业务运行情况。 链路可视化：整合信号、设备监测情况，形成覆盖信源接收、节目传输、发射天馈的完整电子链路图，整体把握台站安播工作开展情况。支持以连线展示信号的报警状态，设备框展示对应设备的报警状态，通过不同颜色展示不同级别的报警。支持信号流向以及在用链路信息的动态展示。 动力可视化：根据实时电力状态、历史同居数据，通过动力链路图的方式展示当前电力设备状态、机房功率情况。 ▲环境可视化：分区域展示各机房温湿度、烟感、水浸等情况，并可联动控制空调等设备。 告警可视化：支持通过醒目的方式直观展示报警信息。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一体化值班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		提供一体化的监测管理值班操作页面，在同一页面下，通过页面弹窗、下钻联动等方式，展开设备详情，完成数据抄表、故障处置等值班操作。并在同一页面集成设备远程控制功能，可便捷完成如发射机开关机、升降功率等核心操作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评审程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：融媒体中心发射机

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：融媒发射台监测智慧运维

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。

5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

采购包2：

采购包2：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：_____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：_____

(二) 付款条件：_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：融媒体中心发射机

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表

采购包2：融媒发射台监测智慧运维

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表