

热裂解-气相色谱-三重四极杆质谱联用仪设备配件清单		
序号	设备/配件名称	数量/规格要求
1	分流/不分流毛细柱进样口	1套
2	用于热裂解-气相色谱-三重四极杆质谱联用仪系统的工作站(单机版工作站)	1套
3	反吹附件、辅助电子压力控制模块	各1套
4	泵油	2瓶
5	填料：14% 氰丙基/苯基和86%PDMS；规格：15m，0.25mm，0.25 μ m色相色谱分析柱（农残分析专用柱，适用于 GB23200.113）	2根
6	氦气过滤器	1套
7	色谱柱端石墨垫圈	1盒
8	质谱端石墨垫圈	1盒
9	色谱柱柱螺帽	1套
10	质谱端柱螺帽	1套
11	色谱柱螺帽，带锁定环，手拧式，用于进样口/检测器	1套
12	色谱柱螺帽，带锁定环，手拧式，用于MSD传输线	1套
13	O型圈	10pk
14	隔垫	50 pk
15	死堵柱螺帽	1套
16	透明样品瓶	100/包，1包
17	塑料瓶盖	100/包，1套
18	氧/水分捕集阱 1/8"	1套
19	测试试剂，GC/ MS校验标准品试剂盒	1套
20	去湿管 1/8"	1套
21	液体自动进样器（≥150位）	1套
22	填料：（5%-苯基）-甲基聚硅氧烷；规格15m，0.25mm，0.25um 超高惰性气相色谱分析柱	2根
23	多功能手持进样器	1套
24	冷却气泵	1套
25	热裂解衬管	3根
26	样品杯挂丝	50根
27	80ul 样品杯	20个

28	110ul 样品杯	50个
29	160ul 样品杯	10个
30	簧柄组件	3套
31	进样针及密封垫	1套
32	取样工具包	1套
33	安装启动包	1套
34	填料：二甲基聚硅氧烷；规格：30m、0.25mm、0.15 μ m 惰性化处理的超合金毛细柱	1套
35	专用EGA分析柱	1套
<p>注：包含但不限于以上设备配件清单内容，投标供应商可在此基础上自行调整，投标文件中需体现规格、型号、品牌、价格等内容，全部配件相关费用需计入投标报价中。</p>		