

在用非内蒙古药品和医用耗材招采管理系统耗材及器械采购项目(三次)

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

采购代理机构名称：中新创达咨询有限公司

项目编号：BTZCS-G-H-260269-2

2026年08月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

中新创达咨询有限公司 受 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 委托，采用公开招标方式组织采购 在用非内蒙古药品和医用耗材招采管理系统耗材及器械采购项目(三次) 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 在用非内蒙古药品和医用耗材招采管理系统耗材及器械采购项目(三次)
- 项目编号： BTZCS-G-H-260269-2
- 采购计划备案号： 包政采计划[2026]04939
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 合同包B（其他耗材类）
- 采购包预算金额（元）： 9,141,525.00
- 采购包最高限价（元）： 9,141,525.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	3%过氧化氢消毒液	888.00	2,664.00	瓶	工业	否	否	否	否
2	白凡士林	50.00	420.00	瓶	工业	否	否	否	否
3	次氯酸钠消毒液	5.00	330.00	桶	工业	否	否	否	否
4	醋酸白抑菌液	130.00	2,099.50	瓶	工业	否	否	否	否
5	碘伏消毒液	12,280.00	27,016.00	瓶	工业	否	否	否	否
6	碘伏消毒液	1,740.00	2,784.00	瓶	工业	否	否	否	否
7	碘伏消毒液	7,748.00	69,732.00	瓶	工业	否	否	否	否
8	多酶清洗液	15.00	3,000.00	瓶	工业	否	否	否	否
9	多酶去蛋白液	8.00	1,824.00	盒	工业	否	否	否	否
10	复合醇消毒湿巾	1,092.00	22,932.00	包	工业	否	否	否	否

11	过氧乙酸消毒液	5.00	2,250.00	桶	工业	否	否	否	否
12	聚维酮碘粘膜冲洗消毒液	200.00	1,330.00	瓶	工业	否	否	否	否
13	抗菌洗手液	7,576.00	113,640.00	瓶	工业	否	否	否	否
14	卢戈氏碘液抑菌液	70.00	1,795.50	瓶	工业	否	否	否	否
15	络合氯医用器械消毒液	28.00	10,920.00	桶	工业	否	否	否	否
16	免洗外科手消毒液	1,315.00	65,750.00	瓶	工业	否	否	否	否
17	消毒片	4,172.00	39,634.00	瓶	工业	否	否	否	否
18	强效多酶清洗剂	102.00	50,796.00	桶	工业	否	否	否	否
19	乳酸依沙吡啶	142.00	863.36	桶	工业	否	否	否	否
20	速干免洗手皮肤消毒液	9,304.00	279,120.00	瓶	工业	否	否	否	否
21	一次性湿巾	755.00	15,855.00	包	工业	否	否	否	否
22	医疗器械专用消毒液(浓缩型)	25.00	7,875.00	桶	工业	否	否	否	否
23	1%过氧化氢消毒湿巾	48.00	1,152.00	包	工业	否	否	否	否
24	艾灸盒	5.00	60.00	盒	工业	否	否	否	否
25	艾条	10.00	80.00	个	工业	否	否	否	否
26	艾条	50.00	1,200.00	个	工业	否	否	否	否
27	比利时痰培养瓶	2,720.00	2,012.80	只	工业	否	否	否	否
28	病历夹	30.00	1,425.00	个	工业	否	否	否	否
29	病人接口组件	200.00	640,000.00	个	工业	否	否	否	否
30	出诊箱	2.00	220.00	个	工业	否	否	否	否

31	出诊箱	2.00	494.0 0	个	工业	否	否	否	否
32	出诊箱	2.00	720.0 0	个	工业	否	否	否	否
33	出诊箱	2.00	760.0 0	个	工业	否	否	否	否
34	出诊箱	2.00	1,044. 00	个	工业	否	否	否	否
35	除颤监护仪.电极片（多功能电极片）	50.00	35,00 0.00	个	工业	否	否	否	否
36	担架车	10.00	6,020. 00	台	工业	否	否	否	否
37	皮肤前处理剂	15.00	7,500. 00	盒	工业	否	否	否	否
38	电子血压计	75.00	26,25 0.00	台	工业	否	否	否	否
39	观片灯	15.00	5,400. 00	个	工业	否	否	否	否
40	红外测温仪	5.00	900.0 0	个	工业	否	否	否	否
41	红外线治疗器	5.00	3,250. 00	台	工业	否	否	否	否
42	加压袋	10.00	9,000. 00	套	工业	否	否	否	否
43	酒精棉签	183,5 00.00	12,84 5.00	支	工业	否	否	否	否
44	铅胶围领	5.00	1,800. 00	个	工业	否	否	否	否
45	抢救车	15.00	22,50 0.00	个	工业	否	否	否	否
46	抢救车	10.00	24,50 0.00	台	工业	否	否	否	否
47	取血箱	2.00	1,200. 00	个	工业	否	否	否	否
48	褥疮防治床垫	5.00	4,750. 00	组	工业	否	否	否	否
49	三导心电图记录纸	20.00	320.0 0	卷	工业	否	否	否	否
50	湿化杆	600.0 0	2,100. 00	个	工业	否	否	否	否

51	湿化瓶	600.0 0	6,900. 00	个	工业	否	否	否	否
52	湿化器	2.00	1,600. 00	个	工业	否	否	否	否
53	十二导心电图记录纸	20.00	1,440. 00	本	工业	否	否	否	否
54	试管架(双层)	88.00	2,082. 08	套	工业	否	否	否	否
55	手动轮椅车	2.00	1,800. 00	台	工业	否	否	否	否
56	输液架	25.00	7,500. 00	个	工业	否	否	否	否
57	胎儿监护仪记录纸	200.0 0	2,800. 00	本	工业	否	否	否	否
58	探头清洁液	10.00	950.0 0	瓶	工业	否	否	否	否
59	体重秤	4.00	2,400. 00	台	工业	否	否	否	否
60	无轨输液架	60.00	2,700. 00	根	工业	否	否	否	否
61	听诊器	15.00	450.0 0	个	工业	否	否	否	否
62	脱脂棉球	30.00	1,174. 50	包	工业	否	否	否	否
63	污物车	4.00	4,800. 00	个	工业	否	否	否	否
64	心电图记录纸	50.00	1,235. 00	卷	工业	否	否	否	否
65	心电图纸	50.00	450.0 0	卷	工业	否	否	否	否
66	心电图纸	50.00	750.0 0	卷	工业	否	否	否	否
67	心电图纸	50.00	800.0 0	卷	工业	否	否	否	否
68	心电图纸	50.00	1,500. 00	卷	工业	否	否	否	否
69	压缩空气式雾化器	15.00	11,25 0.00	个	工业	否	否	否	否
70	氩气电极	5.00	37,50 0.00	根	工业	否	否	否	否

71	厌氧产气袋	2.00	1,040.00	盒	工业	否	否	否	否
72	一次性使用隔离衣	150.00	2,550.00	件	工业	否	否	否	否
73	一次性使用聚乙烯手套(薄膜手套)	1,669,000.00	83,450.00	只	工业	否	否	否	否
74	一次性使用灭菌橡胶外科手套	180,800.00	452,000.00	副	工业	否	否	否	否
75	一次性使用尿沉渣管	177,600.00	56,832.00	支	工业	否	否	否	否
76	一次性使用塑料试管	26,800.00	4,556.00	支	工业	否	否	否	否
77	一次性使用塑料试管	10,000.00	4,100.00	支	工业	否	否	否	否
78	一次性使用无菌敷料贴	128,000.00	15,360.00	片	工业	否	否	否	否
79	一次性使用无菌敷贴	2,000.00	240.00	片	工业	否	否	否	否
80	一次性使用吸管(大滴管)	27,000.00	3,240.00	支	工业	否	否	否	否
81	一次性使用吸管(大滴管)	10,000.00	1,300.00	支	工业	否	否	否	否
82	一次性使用医用棉签	40,000.00	8,800.00	支	工业	否	否	否	否
83	一次性使用医用橡胶检查手套	354,600.00	595,728.00	双	工业	是	否	否	否
84	一次性试管	50,000.00	3,500.00	支	工业	否	否	否	否
85	一次性试管(软)	85,000.00	5,950.00	支	工业	否	否	否	否
86	一次性输液瓶口贴	51,600.00	7,740.00	贴	工业	否	否	否	否
87	一次性痰杯	500.00	325.00	只	工业	否	否	否	否
88	一次性无菌帽	50,000.00	16,500.00	顶	工业	否	否	否	否
89	一次性无菌帽	150,000.00	51,000.00	顶	工业	否	否	否	否

90	医用电子体温计	200.0 0	6,000. 00	个	工业	否	否	否	否
91	医用隔离鞋套	150.0 0	1,275. 00	双	工业	否	否	否	否
92	医用棉签	4,240 ,000. 00	42,40 0.00	桶	工业	否	否	否	否
93	医用棉球	1,960 .00	9,388. 40	包	工业	否	否	否	否
94	医用鞋套	147,6 00.00	36,90 0.00	双	工业	否	否	否	否
95	医用氧气袋	20.00	1,120. 00	个	工业	否	否	否	否
96	移动平车	5.00	7,500. 00	个	工业	否	否	否	否
97	诊查床	15.00	7,200. 00	个	工业	否	否	否	否
98	指夹式脉搏血氧仪	50.00	10,00 0.00	个	工业	否	否	否	否
99	治疗车	50.00	27,50 0.00	台	工业	否	否	否	否
100	中药液包装用复合膜	35.00	8,225. 00	卷	工业	否	否	否	否
101	紫外线消毒车	5.00	3,000. 00	台	工业	否	否	否	否
102	医用一次性防护服	500.0 0	12,50 0.00	套	工业	否	否	否	否
103	134压力蒸汽灭菌化学指示卡	500.0 0	39,00 0.00	盒	工业	否	否	否	否
104	134压力蒸汽灭菌化学指示卡	40.00	3,120. 00	盒	工业	否	否	否	否
105	134压力蒸汽灭菌化学指示卡	100.0 0	7,800. 00	盒	工业	否	否	否	否
106	Ⅲ型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签	12.00	3,960. 00	卷	工业	否	否	否	否
107	B-D试验包	160.0 0	5,600. 00	包	工业	否	否	否	否
108	B型压力蒸汽灭菌化学指示标签	200.0 0	51,00 0.00	卷	工业	否	否	否	否

109	B型压力蒸汽灭菌化学指示标签	72.00	12,960.00	卷	工业	否	否	否	否
110	B型压力蒸汽灭菌化学指示标签	15.00	3,825.00	卷	工业	否	否	否	否
111	带盖消毒盘	5.00	700.00	个	工业	否	否	否	否
112	方盘	20.00	3,040.00	个	工业	否	否	否	否
113	服药杯	150.00	1,650.00	个	工业	否	否	否	否
114	换药碗	150.00	4,800.00	个	工业	否	否	否	否
115	换药碗	50.00	1,850.00	个	工业	否	否	否	否
116	刻度量杯	2.00	234.00	个	工业	否	否	否	否
117	镊子筒	30.00	2,130.00	个	工业	否	否	否	否
118	镊子筒	10.00	600.00	个	工业	否	否	否	否
119	镊子筒	10.00	330.00	个	工业	否	否	否	否
120	清洗篮	10.00	3,700.00	个	工业	否	否	否	否
121	清洗篮（带盖）	10.00	3,700.00	个	工业	否	否	否	否
122	洗涤盆	20.00	2,180.00	个	工业	否	否	否	否
123	腰子盘（弯盘）	100.00	3,900.00	个	工业	否	否	否	否
124	腰子盘（弯盘）	100.00	2,900.00	个	工业	否	否	否	否
125	腰子盘（弯盘）	100.00	2,700.00	个	工业	否	否	否	否
126	药杯	100.00	1,100.00	个	工业	否	否	否	否
127	药膏缸	100.00	4,000.00	个	工业	否	否	否	否
128	低温等离子灭菌器专用过氧化氢灭菌剂	30.00	17,700.00	瓶	工业	否	否	否	否

129	低温灭菌通用封包胶带	10.00	800.00	卷	工业	否	否	否	否
130	碘伏缸	30.00	2,850.00	个	工业	否	否	否	否
131	电脑打印标签专用碳带	10.00	1,200.00	盒	工业	否	否	否	否
132	丁字开口器保护套	500.00	2,500.00	个	工业	否	否	否	否
133	防水隔离服	150.00	13,500.00	件	工业	否	否	否	否
134	封口测试纸	400.00	5,800.00	盒	工业	否	否	否	否
135	封口测试纸（低温）	400.00	5,800.00	盒	工业	否	否	否	否
136	过氧化氢低温等离子体化学指示卡	20.00	10,980.00	盒	工业	否	否	否	否
137	过氧化氢低温等离子体灭菌0.5小时生物指示剂	300.00	21,000.00	盒	工业	否	否	否	否
138	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋	5.00	8,500.00	卷	工业	否	否	否	否
139	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋	5.00	8,400.00	卷	工业	否	否	否	否
140	过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置	10.00	35,000.00	盒	工业	否	否	否	否
141	过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣	60.00	18,000.00	套	工业	否	否	否	否
142	加厚防水医用防护服	20.00	1,800.00	件	工业	否	否	否	否
143	灭菌包装材料	10,001.00	10,601.06	个	工业	否	否	否	否
144	灭菌包装材料	15.00	8,400.00	卷	工业	否	否	否	否
145	灭菌包装材料	50.00	8,500.00	卷	工业	否	否	否	否
146	灭菌包装材料	15.00	6,300.00	卷	工业	否	否	否	否
147	灭菌包装材料	5.00	4,400.00	卷	工业	否	否	否	否
148	灭菌包装材料	10,000.00	3,100.00	个	工业	否	否	否	否

149	灭菌包装材料	5,000.00	2,250.00	个	工业	否	否	否	否
150	灭菌包装材料	15.00	2,475.00	卷	工业	否	否	否	否
151	喷雾型器械润滑剂	20.00	10,800.00	瓶	工业	否	否	否	否
152	器械除油剂	10.00	4,800.00	桶	工业	否	否	否	否
153	器械润滑保护剂	80.00	61,600.00	桶	工业	否	否	否	否
154	器械整理三角架	5.00	700.00	个	工业	否	否	否	否
155	清洗打包筐	10.00	3,700.00	个	工业	否	否	否	否
156	清洗效果检测系统检测卡	100.00	2,200.00	袋	工业	否	否	否	否
157	柔软型医用吸水纸	25,000.00	33,750.00	张	工业	否	否	否	否
158	舌钳保护套	100.00	500.00	个	工业	否	否	否	否
159	消毒盒	2.00	960.00	个	工业	否	否	否	否
160	消毒盒	2.00	760.00	个	工业	否	否	否	否
161	消毒盒	3.00	840.00	个	工业	否	否	否	否
162	消毒支架（大号）	2.00	720.00	个	工业	否	否	否	否
163	消毒支架（中号）	2.00	660.00	个	工业	否	否	否	否
164	压力蒸汽灭菌0.5小时生物挑战包	500.00	60,000.00	个	工业	否	否	否	否
165	压力蒸汽灭菌0.5小时生物指示剂	50.00	2,300.00	支	工业	否	否	否	否
166	压力蒸汽灭菌标准生物测试包	150.00	4,500.00	包	工业	否	否	否	否
167	压力蒸汽灭菌封口胶粘带	1,200.00	25,200.00	卷	工业	否	否	否	否
168	压力蒸汽灭菌化学测试包	3,600.00	108,000.00	包	工业	否	否	否	否

169	压力蒸汽灭菌化学指示标签	2,520.00	378.00	片	工业	否	否	否	否
170	压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡	4,000.00	5,200.00	片	工业	否	否	否	否
171	压力蒸汽灭菌生物指示剂	100.00	2,500.00	盒	工业	否	否	否	否
172	压力蒸汽灭菌自含式生物指示剂	550.00	17,875.00	支	工业	否	否	否	否
173	压舌板保护套	300.00	1,500.00	个	工业	否	否	否	否
174	一次性使用手术洞巾	6,000.00	3,300.00	张	工业	否	否	否	否
175	一次性无菌手术刀片	30,000.00	17,400.00	片	工业	否	否	否	否
176	一次性医用孔巾	12,000.00	7,800.00	张	工业	否	否	否	否
177	医疗器械除锈剂	5.00	2,050.00	桶	工业	否	否	否	否
178	医疗器械除锈湿巾	5.00	900.00	桶	工业	否	否	否	否
179	医疗器械黄斑清洗剂	5.00	2,050.00	桶	工业	否	否	否	否
180	医疗器械锐器保护套	12,000.00	3,120.00	个	工业	否	否	否	否
181	医疗器械锐器保护套	6,000.00	2,580.00	个	工业	否	否	否	否
182	医疗器械中性多酶清洗剂	50.00	7,500.00	桶	工业	否	否	否	否
183	医用灭菌包装无纺布	80,000.00	344,000.00	张	工业	否	否	否	否
184	医用灭菌包装无纺布	8,000.00	25,840.00	张	工业	否	否	否	否
185	医用灭菌包装无纺布	10,000.00	20,900.00	张	工业	否	否	否	否
186	医用灭菌包装无纺布	12,000.00	9,600.00	张	工业	否	否	否	否
187	医用灭菌包装无纺布	30,000.00	9,300.00	张	工业	否	否	否	否
188	医用灭菌包装无纺布	8,000.00	5,600.00	张	工业	否	否	否	否

189	医用灭菌包装无纺布	10,00 0.00	5,300. 00	张	工业	否	否	否	否
190	止血带	8,000 .00	13,60 0.00	根	工业	否	否	否	否
191	治疗盘	5.00	450.0 0	个	工业	否	否	否	否
192	自封型平口袋	25,00 0.00	45,00 0.00	个	工业	否	否	否	否
193	1.5ml微量离心管，无色	18.00	1,476. 00	盒	工业	否	否	否	否
194	1000μl盒装吸头	33.00	1,914. 00	盒	工业	否	否	否	否
195	1000ul吸嘴，蓝色	35.00	4,522. 00	包	工业	否	否	否	否
196	100ul 8联PCR管（盖）	40.00	14,00 0.00	盒	工业	否	否	否	否
197	200ul吸嘴，黄色	60.00	6,555. 00	包	工业	否	否	否	否
198	15ml离心管	5.00	6,080. 00	箱	工业	否	否	否	否
199	15ml锥形离心管	20.00	760.0 0	包	工业	否	否	否	否
200	1640营养液	5.00	540.0 0	瓶	工业	否	否	否	否
201	18mm 即用型抗体贮存架(有机玻璃)	5.00	300.0 0	个	工业	否	否	否	否
202	1μL硬接种环	5.00	5,500. 00	箱	工业	否	否	否	否
203	1号反应杯	56.00	28,00 0.00	箱	工业	否	否	否	否
204	因子VIII缺乏血浆测定试剂盒（凝固法）	3.00	11,64 0.00	盒	工业	否	否	否	否
205	200ul袋装枪头	50.00	6,075. 00	包	工业	否	否	否	否
206	反应杯	15.00	52,30 5.00	箱	工业	否	否	否	否
207	2-羟基乙基-2-甲基-2-丙烯酸酯	2.00	1,830. 00	瓶	工业	否	否	否	否
208	60mm培养皿	3.00	2,850. 00	箱	工业	否	否	否	否

209	抗心磷脂IgA抗体检测试剂盒	3.00	3,750.00	盒	工业	否	否	否	否
210	抗β2糖蛋白1Iga抗体检测试剂盒	3.00	7,500.00	盒	工业	否	否	否	否
211	A清洗液	20.00	24,000.00	桶	工业	否	否	否	否
212	B清洗液	18.00	21,600.00	桶	工业	否	否	否	否
213	酸性洗液	3.00	5,472.00	盒	工业	否	否	否	否
214	清洗液	10.00	2,850.00	瓶	工业	否	否	否	否
215	10μl加长滤芯盒装灭菌吸头	10.00	580.00	盒	工业	否	否	否	否
216	试剂空盒	35.00	2,275.00	盒	工业	否	否	否	否
217	清洗液	1.00	3,386.00	盒	工业	否	否	否	否
218	CRP清洁液	8.00	7,200.00	箱	工业	否	否	否	否
219	EBM系统特指电子生物微孔板-微流道分析系统	27.00	8,100.00	瓶	工业	否	否	否	否
220	ECO-D清洗液	275.00	122,650.00	盒	工业	否	否	否	否
221	FITC偶联的小鼠抗人CD59单克隆抗体	1.00	3,474.00	支	工业	否	否	否	否
222	羊抗人IgA	1.00	1,436.00	瓶	工业	否	否	否	否
223	羊抗人IgG	1.00	1,361.00	瓶	工业	否	否	否	否
224	羊抗人IgM	1.00	1,210.00	瓶	工业	否	否	否	否
225	尿液分析仪清洗液(浓缩型)	80.00	19,040.00	瓶	工业	否	否	否	否
226	兔抗人 Kappa-FITC+Lambda-RPE多克隆抗体双色检测试剂	1.00	13,457.00	瓶	工业	否	否	否	否
227	碱性洗液	160.00	42,240.00	盒	工业	否	否	否	否
228	NaOH-D(氢氧化钠)	70.00	9,100.00	瓶	工业	否	否	否	否

229	PCR八连排管	72.00	38,880.00	盒	工业	否	否	否	否
230	PE偶联的小鼠抗人CD55单克隆抗体	1.00	3,616.00	支	工业	否	否	否	否
231	pH电极	2.00	2,440.00	只	工业	否	否	否	否
232	免疫组化载玻片	10.00	4,700.00	盒	工业	否	否	否	否
233	Ref电极	2.00	2,760.00	只	工业	否	否	否	否
234	反应杯	10.00	16,640.00	箱	工业	否	否	否	否
235	样本针清洗液	2.00	526.00	盒	工业	否	否	否	否
236	多用洗液	5.00	3,500.00	盒	工业	否	否	否	否
237	酸性洗液	150.00	19,500.00	盒	工业	否	否	否	否
238	酸性洗液	70.00	21,560.00	盒	工业	否	否	否	否
239	试剂盒	5.00	17,780.00	盒	工业	否	否	否	否
240	白细胞分化抗原 检测试剂盒（流式细胞仪法）	2.00	11,548.00	瓶	工业	否	否	否	否
241	白细胞分化抗原检测试剂盒（流式细胞法） Anti-Myelo peroxydase-FITC	2.00	11,092.00	瓶	工业	否	否	否	否
242	便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法）	215.00	75,250.00	盒	工业	否	否	否	否
243	冰冻切片机一次性刀片	10.00	6,000.00	盒	工业	否	否	否	否
244	玻璃量杯	20.00	1,200.00	个	工业	否	否	否	否
245	玻璃血沉管	10.00	75.50	支	工业	否	否	否	否
246	采样针清洗液	5.00	1,140.00	盒	工业	否	否	否	否
247	常规切片机一次性刀片	40.00	24,000.00	盒	工业	否	否	否	否

248	超级免疫组化油笔	2.00	684.0 0	支	工业	否	否	否	否
249	冲洗液	185.0 0	375,5 50.00	箱	工业	否	否	否	否
250	冲洗液	174.0 0	60,90 0.00	桶	工业	否	否	否	否
251	冲洗液	37.00	52,09 6.00	桶	工业	否	否	否	否
252	初始稀释管	14.00	13,44 0.00	盒	工业	否	否	否	否
253	除热原稀释管	5.00	600.0 0	盒	工业	否	否	否	否
254	带滤芯枪头	5.00	290.0 0	盒	工业	否	否	否	否
255	带滤芯吸头	38.00	2,204. 00	盒	工业	否	否	否	否
256	单孔反应杯	71.00	18,46 0.00	盒	工业	否	否	否	否
257	电极调理液	5.00	712.5 0	瓶	工业	否	否	否	否
258	动态浊度法鲎试剂	11.00	22,55 0.00	盒	工业	否	否	否	否
259	冻存管	118.0 0	26,07 8.00	包	工业	否	否	否	否
260	多用洗液	2.00	1,400. 00	盒	工业	否	否	否	否
261	二甲基亚砩	2.00	2,988. 00	瓶	工业	否	否	否	否
262	反应杯	30.00	369,6 00.00	箱	工业	否	否	否	否
263	反应杯	34.00	29,07 0.00	包	工业	否	否	否	否
264	反应杯	5.00	22,50 0.00	套	工业	否	否	否	否
265	分析吸头	5.00	11,19 5.00	箱	工业	否	否	否	否
266	分析吸头（分析杯）	5.00	24,38 0.00	箱	工业	否	否	否	否
267	盖玻片	1,400 .00	12,60 0.00	盒	工业	否	否	否	否

268	盖玻片	230.0 0	1,791. 70	盒	工业	否	否	否	否
269	革兰氏染色液（快速法）-碘溶液	41.00	15,58 0.00	盒	工业	否	否	否	否
270	革兰氏染色液（快速法）-龙胆紫液	38.00	14,44 0.00	盒	工业	否	否	否	否
271	革兰氏染色液（快速法）-沙皇溶液	37.00	14,06 0.00	盒	工业	否	否	否	否
272	革兰氏染色液（快速法）-脱色液	50.00	15,00 0.00	盒	工业	否	否	否	否
273	过氧化氢低温等离子体灭菌自含式生物指示剂	600.0 0	33,30 0.00	支	工业	否	否	否	否
274	碱性清洗液	342.0 0	44,46 0.00	桶	工业	否	否	否	否
275	碱性清洗液	2.00	1,344. 00	瓶	工业	否	否	否	否
276	碱性清洗液	10.00	840.0 0	瓶	工业	否	否	否	否
277	抗酸染色液(冷染法)-石炭酸复红溶液	10.00	7,000. 00	盒	工业	否	否	否	否
278	抗酸染色液(冷染法)-酸性酒精溶液	10.00	3,800. 00	盒	工业	否	否	否	否
279	抗酸染色液(冷染法)亚甲基蓝溶液	10.00	3,800. 00	盒	工业	否	否	否	否
280	刻度离心管（带盖）	600.0 0	1,200. 00	支	工业	否	否	否	否
281	刻度离心管（带盖）	8,000 .00	880.0 0	支	工业	否	否	否	否
282	离心管（带盖）	501.0 0	601.2 0	个	工业	否	否	否	否
283	流式上样管（5mL聚苯乙烯圆底管）	5.00	4,120. 00	箱	工业	否	否	否	否
284	免疫显色试剂	1.00	871.2 0	支	工业	否	否	否	否
285	免疫组化载玻片	10.00	4,700. 00	盒	工业	否	否	否	否
286	磨砂载玻片	320.0 0	5,248. 00	盒	工业	否	否	否	否
287	尿比重计	5.00	95.00	个	工业	否	否	否	否

288	浓缩清洗液	9.00	1,782.00	盒	工业	否	否	否	否
289	普通载玻片	255.00	3,003.90	盒	工业	否	否	否	否
290	切片石蜡	90.00	6,750.00	kg	工业	否	否	否	否
291	清洗液	2.00	4,200.00	盒	工业	否	否	否	否
292	清洗液A（盐酸）	71.00	20,803.00	盒	工业	否	否	否	否
293	清洗液B（次氯酸钠）	91.00	16,835.00	盒	工业	否	否	否	否
294	全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱	20.00	50,000.00	箱	工业	否	否	否	否
295	全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱	17.00	38,250.00	箱	工业	否	否	否	否
296	全自动生化分析仪用清洗剂 碱性清洗剂	12.00	5,580.00	桶	工业	否	否	否	否
297	全自动生化分析仪用清洗剂 抗菌无磷清洗剂	11.00	14,630.00	桶	工业	否	否	否	否
298	全自动特定蛋白分析仪清洗液	55.00	11,550.00	桶	工业	否	否	否	否
299	人ab血清	2.00	9,072.00	瓶	工业	否	否	否	否
300	人MPN相关基因联合检测试剂盒（荧光PCR法）	8.00	44,400.00	盒	工业	否	否	否	否
301	瑞氏-姬姆萨染色液A液	9.00	2,700.00	盒	工业	否	否	否	否
302	瑞氏-姬姆萨染色液B液	15.00	2,100.00	盒	工业	否	否	否	否
303	生化分析系统清洗液	2.00	6,368.00	箱	工业	否	否	否	否
304	生化分析仪记录纸	200.00	1,400.00	卷	工业	否	否	否	否
305	手动单道可调式移液器	2.00	2,660.00	把	工业	否	否	否	否
306	手动单道可调式移液器	5.00	1,567.50	把	工业	否	否	否	否
307	酸性清洗液	24.00	10,200.00	桶	工业	否	否	否	否

308	酸性清洗液	7.00	588.00	瓶	工业	否	否	否	否
309	糖原染色液（PAS）	1.00	300.00	盒	工业	否	否	否	否
310	脱钙液	16.00	2,816.00	瓶	工业	否	否	否	否
311	脱色液（清洗液）	2.00	4,400.00	盒	工业	否	否	否	否
312	微量移液器	5.00	3,000.00	盒	工业	否	否	否	否
313	无热原试管	10.00	4,850.00	盒	工业	否	否	否	否
314	无热原西林瓶	29.00	2,341.75	盒	工业	否	否	否	否
315	无热原吸头	5.00	4,850.00	包	工业	否	否	否	否
316	无热原吸头	5.00	4,500.00	包	工业	否	否	否	否
317	吸头（黄）	112,500.00	11,250.00	支	工业	否	否	否	否
318	吸嘴，无色	40.00	4,294.00	包	工业	否	否	否	否
319	系统清洗液	8.00	24,800.00	盒	工业	否	否	否	否
320	细菌内毒素工作标准品	5.00	1,662.50	盒	工业	否	否	否	否
321	细菌内毒素检查反应板	5.00	171.00	个	工业	否	否	否	否
322	细菌内毒素检查用水	5.00	831.25	盒	工业	否	否	否	否
323	血流变清洗液	43.00	25,155.00	瓶	工业	否	否	否	否
324	血凝杯	161.00	450,800.00	箱	工业	否	否	否	否
325	血细胞分析用清洁液	96.00	15,168.00	盒	工业	否	否	否	否
326	血液基因组DNA提取试剂盒	2.00	1,200.00	盒	工业	否	否	否	否
327	样本采集管	37,600.00	169,200.00	箱	工业	否	否	否	否

328	样本针清洗液	3.00	3,114.00	盒	工业	否	否	否	否
329	样品杯	10.00	1,800.00	袋	工业	否	否	否	否
330	样品测试管	1,000.00	1,800.00	支	工业	否	否	否	否
331	液体石蜡	168.00	2,352.00	瓶	工业	否	否	否	否
332	一次性量杯	25.00	162.50	个	工业	否	否	否	否
333	一次性使用标本杯	98,000.00	9,800.00	个	工业	否	否	否	否
334	一次性使用标本杯	1,700.00	1,122.00	只	工业	否	否	否	否
335	一次性使用采样杯	18,350.00	14,129.50	个	工业	否	否	否	否
336	一次性吸管(一次性吸管)	10.00	440.00	箱	工业	否	否	否	否
337	一次性吸头	8.00	21,504.00	箱	工业	否	否	否	否
338	一次性悬浮液管	6.00	5,760.00	箱	工业	否	否	否	否
339	载玻片（病理级）	1,800.00	21,600.00	盒	工业	否	否	否	否
340	粘附载玻片	12.00	11,400.00	箱	工业	否	否	否	否
341	粘附载玻片	5.00	495.00	盒	工业	否	否	否	否
342	整装反应杯	65.00	154,115.00	盒	工业	否	否	否	否
343	整装吸头	27.00	43,362.00	个	工业	否	否	否	否
344	总RNA提取试剂	1.00	873.00	盒	工业	否	否	否	否
345	组织包埋盒	91,800.00	32,130.00	支	工业	否	否	否	否
346	组织学专用石蜡	384.00	13,056.00	kg	工业	否	否	否	否
347	凹凸齿止血夹	5.00	2,500.00	个	工业	否	否	否	否

348	鼻剪	2.00	440.0 0	把	工业	否	否	否	否
349	鼻窥器（鼻镜）	100.0 0	11,50 0.00	把	工业	否	否	否	否
350	鼻腔吸引管	5.00	1,560. 00	支	工业	否	否	否	否
351	鼻腔吸引管	2.00	336.0 0	支	工业	否	否	否	否
352	鼻咽活体取样钳	2.00	1,800. 00	把	工业	否	否	否	否
353	鼻咬切钳	2.00	1,960. 00	把	工业	否	否	否	否
354	鼻组织钳	20.00	32,00 0.00	把	工业	否	否	否	否
355	鼻组织钳	2.00	1,800. 00	把	工业	否	否	否	否
356	编网筐	50.00	27,50 0.00	个	工业	否	否	否	否
357	编网筐	8.00	2,800. 00	个	工业	否	否	否	否
358	编网筐	1.00	400.0 0	个	工业	否	否	否	否
359	编网筐（精密带盖）	2.00	900.0 0	个	工业	否	否	否	否
360	编网筐（精密带盖）	2.00	700.0 0	个	工业	否	否	否	否
361	扁桃体吸引管	2.00	480.0 0	把	工业	否	否	否	否
362	剥离器	2.00	920.0 0	把	工业	否	否	否	否
363	剥离器	1.00	350.0 0	把	工业	否	否	否	否
364	测深器	2.00	560.0 0	个	工业	否	否	否	否
365	肠钳	2.00	380.0 0	把	工业	否	否	否	否
366	持骨钳	2.00	1,120. 00	把	工业	否	否	否	否
367	冲洗器手柄	2.00	1,100. 00	个	工业	否	否	否	否

368	穿刺器	22.00	95,70 0.00	把	工业	否	否	否	否
369	创口钩	2.00	640.0 0	把	工业	否	否	否	否
370	带尖复位钳	2.00	884.0 0	把	工业	否	否	否	否
371	单极分离钳	30.00	66,00 0.00	把	工业	否	否	否	否
372	单极分离钳	2.00	6,000. 00	把	工业	否	否	否	否
373	单极分离钳	2.00	3,600. 00	把	工业	否	否	否	否
374	单极剪刀	15.00	33,00 0.00	把	工业	否	否	否	否
375	单极剪刀	2.00	3,600. 00	把	工业	否	否	否	否
376	单极抓钳	20.00	36,00 0.00	把	工业	否	否	否	否
377	单极抓钳	6.00	13,20 0.00	把	工业	否	否	否	否
378	胆道探条	5.00	1,050. 00	把	工业	否	否	否	否
379	胆管钳	2.00	520.0 0	把	工业	否	否	否	否
380	胆石匙	5.00	1,100. 00	把	工业	否	否	否	否
381	电动吸引器	15.00	15,00 0.00	台	工业	否	否	否	否
382	电动子宫切除器及配套手术器械-碎宫器	3.00	6,600. 00	个	工业	否	否	否	否
383	蝶窦咬骨钳	2.00	2,800. 00	把	工业	否	否	否	否
384	丁字开口器	6.00	828.0 0	把	工业	否	否	否	否
385	疝疝钩	2.00	320.0 0	把	工业	否	否	否	否
386	耳用膝状镊	20.00	2,520. 00	把	工业	否	否	否	否
387	分离结扎钳	5.00	1,700. 00	把	工业	否	否	否	否

388	缝线结扎镊	5.00	1,950.00	把	工业	否	否	否	否
389	缝线结扎镊	2.00	360.00	把	工业	否	否	否	否
390	敷料镊	2.00	218.00	把	工业	否	否	否	否
391	敷料镊	2.00	66.00	把	工业	否	否	否	否
392	敷料镊	2.00	30.00	把	工业	否	否	否	否
393	腹壁拉钩	2.00	348.00	把	工业	否	否	否	否
394	腹壁牵开器	2.00	2,716.00	把	工业	否	否	否	否
395	腹腔吸引管	2.00	220.00	把	工业	否	否	否	否
396	肛门镜	2.00	700.00	把	工业	否	否	否	否
397	钢丝剪	2.00	1,440.00	把	工业	否	否	否	否
398	钢丝钳	1.00	540.00	把	工业	否	否	否	否
399	钢针剪	2.00	1,760.00	把	工业	否	否	否	否
400	钢针剪	1.00	810.00	把	工业	否	否	否	否
401	宫内节育器取出钩	2.00	48.00	把	工业	否	否	否	否
402	宫内节育器取出钳	2.00	580.00	把	工业	否	否	否	否
403	宫腔镜配套手术器械	4.00	12,000.00	把	工业	否	否	否	否
404	骨把持器	2.00	932.00	把	工业	否	否	否	否
405	骨锤	2.00	410.00	把	工业	否	否	否	否
406	骨锉	2.00	380.00	把	工业	否	否	否	否
407	骨锉	2.00	280.00	把	工业	否	否	否	否

408	骨刀	20.00	17,800.00	把	工业	否	否	否	否
409	骨刀	2.00	2,000.00	把	工业	否	否	否	否
410	骨刀	2.00	620.00	把	工业	否	否	否	否
411	骨刮匙	20.00	5,120.00	把	工业	否	否	否	否
412	骨刮匙	7.00	2,730.00	把	工业	否	否	否	否
413	骨刮匙	5.00	1,730.00	把	工业	否	否	否	否
414	骨刮匙	2.00	470.00	把	工业	否	否	否	否
415	骨刮匙（铝合金柄）	20.00	7,800.00	把	工业	否	否	否	否
416	骨科撑开器	2.00	1,920.00	把	工业	否	否	否	否
417	骨科复位钳	5.00	2,210.00	把	工业	否	否	否	否
418	骨科复位钳	1.00	554.00	把	工业	否	否	否	否
419	骨克丝钳	50.00	25,500.00	把	工业	否	否	否	否
420	骨拉钩	2.00	310.00	把	工业	否	否	否	否
421	骨膜剥离器	5.00	875.00	把	工业	否	否	否	否
422	骨膜剥离器	2.00	600.00	把	工业	否	否	否	否
423	骨膜剥离器	2.00	404.00	把	工业	否	否	否	否
424	骨膜剥离器	2.00	280.00	把	工业	否	否	否	否
425	骨膜剥离器	30.00	9,000.00	把	工业	否	否	否	否
426	骨膜分离器（铝合金柄）	5.00	1,600.00	把	工业	否	否	否	否
427	骨牵引针	3,000.00	66,000.00	根	工业	否	否	否	否

428	骨牵引针	4,000.00	76,000.00	根	工业	否	否	否	否
429	骨撬	2.00	1,080.00	把	工业	否	否	否	否
430	骨撬	5.00	975.00	把	工业	否	否	否	否
431	骨撬	2.00	500.00	把	工业	否	否	否	否
432	骨用牵开器	20.00	38,400.00	把	工业	否	否	否	否
433	骨凿	5.00	630.00	把	工业	否	否	否	否
434	辊轴取皮刀	2.00	4,040.00	把	工业	否	否	否	否
435	辊轴取皮刀	2.00	180.00	把	工业	否	否	否	否
436	海绵钳	200.00	20,800.00	把	工业	否	否	否	否
437	海绵钳	2.00	11,960.00	把	工业	否	否	否	否
438	虹膜恢复器	2.00	960.00	把	工业	否	否	否	否
439	后颅凹牵开器	15.00	28,500.00	把	工业	否	否	否	否
440	后囊膜抛光器	2.00	1,100.00	把	工业	否	否	否	否
441	会阴剪	2.00	182.00	把	工业	否	否	否	否
442	活检钳	2.00	19,000.00	个	工业	否	否	否	否
443	棘突打孔器	2.00	912.00	把	工业	否	否	否	否
444	甲状腺拉钩	6.00	120.00	把	工业	否	否	否	否
445	间接喉钳	5.00	5,500.00	把	工业	否	否	否	否
446	角膜剪	2.00	620.00	把	工业	否	否	否	否
447	结膜剪	2.00	500.00	把	工业	否	否	否	否

448	截骨刀	5.00	1,050.00	把	工业	否	否	否	否
449	晶体定位钩	2.00	760.00	把	工业	否	否	否	否
450	晶体线环	2.00	520.00	把	工业	否	否	否	否
451	晶体植入镊	2.00	600.00	把	工业	否	否	否	否
452	精细剪	50.00	7,000.00	把	工业	否	否	否	否
453	胫骨牵开器	2.00	740.00	把	工业	否	否	否	否
454	开睑器	2.00	860.00	把	工业	否	否	否	否
455	开睑器	2.00	120.00	把	工业	否	否	否	否
456	可重复使用导尿管	2.00	40.00	根	工业	否	否	否	否
457	口镜	150.00	3,000.00	把	工业	否	否	否	否
458	窥视叶片	10.00	2,000.00	片	工业	否	否	否	否
459	拉钩	5.00	870.00	把	工业	否	否	否	否
460	拉钩	2.00	414.00	把	工业	否	否	否	否
461	拉钩	2.00	240.00	把	工业	否	否	否	否
462	拉钩	2.00	228.00	把	工业	否	否	否	否
463	阑尾拉钩	2.00	340.00	把	工业	否	否	否	否
464	阑尾拉钩	3.00	150.00	把	工业	否	否	否	否
465	淋巴结钳	2.00	12,090.00	把	工业	否	否	否	否
466	流产吸引头	10.00	220.00	把	工业	否	否	否	否
467	颅骨骨膜剥离器	2.00	936.00	把	工业	否	否	否	否

468	颅骨骨撬	2.00	408.0 0	把	工业	否	否	否	否
469	泌尿肝肠外科手术器械	2.00	3,000. 00	把	工业	否	否	否	否
470	脑部解剖镊	5.00	1,110. 00	把	工业	否	否	否	否
471	脑部枪形解剖镊	2.00	444.0 0	把	工业	否	否	否	否
472	脑部直行解剖镊	2.00	444.0 0	把	工业	否	否	否	否
473	脑吸引管	5.00	1,560. 00	把	工业	否	否	否	否
474	脑吸引管	5.00	450.0 0	把	工业	否	否	否	否
475	脑压板	2.00	700.0 0	把	工业	否	否	否	否
476	内窥镜用高频手术器械（双极电凝钳）	2.00	9,000. 00	把	工业	否	否	否	否
477	帕巾钳	70.00	5,180. 00	把	工业	否	否	否	否
478	皮肤拉钩	5.00	1,150. 00	把	工业	否	否	否	否
479	皮肤拉钩	2.00	350.0 0	把	工业	否	否	否	否
480	皮管钳	5.00	1,900. 00	把	工业	否	否	否	否
481	皮球带阀	2.00	90.00	个	工业	否	否	否	否
482	平骨凿	2.00	300.0 0	把	工业	否	否	否	否
483	前列腺剪	2.00	500.0 0	把	工业	否	否	否	否
484	取石钳	5.00	1,300. 00	把	工业	否	否	否	否
485	乳突牵开器	20.00	30,00 0.00	把	工业	否	否	否	否
486	纱布绷带剪	2.00	182.0 0	把	工业	否	否	否	否
487	上颌窦探针	2.00	560.0 0	把	工业	否	否	否	否

488	烧灼止血器	2.00	1,400.00	把	工业	否	否	否	否
489	舌钳	5.00	675.00	把	工业	否	否	否	否
490	深部拉钩	2.00	310.00	把	工业	否	否	否	否
491	深部拉钩	2.00	176.00	把	工业	否	否	否	否
492	深部拉钩	1.00	133.00	把	工业	否	否	否	否
493	神经剥离器	50.00	10,000.00	把	工业	否	否	否	否
494	神经传导电极传感器	50.00	19,500.00	个	工业	否	否	否	否
495	神经根拉钩	20.00	5,400.00	把	工业	否	否	否	否
496	施夹器	2.00	12,600.00	把	工业	否	否	否	否
497	手术刀柄	500.00	19,500.00	把	工业	否	否	否	否
498	手术辅助照明灯	5.00	3,850.00	个	工业	否	否	否	否
499	手术剪	100.00	5,500.00	把	工业	否	否	否	否
500	手术剪	20.00	1,200.00	把	工业	否	否	否	否
501	手术剪	5.00	236.00	把	工业	否	否	否	否
502	手术剪	2.00	144.00	把	工业	否	否	否	否
503	手术剪	2.00	136.00	把	工业	否	否	否	否
504	手足外科手术器械包	1.00	12,148.00	套	工业	否	否	否	否
505	双极器械	2.00	48,000.00	个	工业	否	否	否	否
506	双极器械	1.00	26,000.00	个	工业	否	否	否	否
507	双翼阴道手术扩张器	5.00	425.00	把	工业	否	否	否	否

508	撕囊镊	2.00	1,200.00	把	工业	否	否	否	否
509	髓核钳	20.00	23,400.00	把	工业	否	否	否	否
510	钛夹钳	2.00	9,000.00	把	工业	否	否	否	否
511	探测器	2.00	560.00	把	工业	否	否	否	否
512	特定电磁波治疗器	2.00	1,160.00	台	工业	否	否	否	否
513	头皮夹钳	2.00	1,046.00	个	工业	否	否	否	否
514	微血管固定助缝工具	2.00	760.00	把	工业	否	否	否	否
515	微血管合拢器	10.00	1,300.00	把	工业	否	否	否	否
516	微血管夹持镊	2.00	420.00	把	工业	否	否	否	否
517	吸引管	50.00	7,000.00	支	工业	否	否	否	否
518	吸引管	2.00	3,900.00	套	工业	否	否	否	否
519	吸引器	21.00	79,800.00	套	工业	否	否	否	否
520	洗眼器	2.00	1,700.00	个	工业	否	否	否	否
521	系线镊	2.00	780.00	把	工业	否	否	否	否
522	显微持针钳	50.00	34,000.00	把	工业	否	否	否	否
523	显微基础器械包	2.00	13,536.00	套	工业	否	否	否	否
524	显微剪	2.00	1,000.00	把	工业	否	否	否	否
525	显微镜用钩具	2.00	840.00	把	工业	否	否	否	否
526	显微镊	20.00	10,000.00	把	工业	否	否	否	否
527	显微镊	2.00	3,276.00	把	工业	否	否	否	否

528	显微镊	2.00	2,600.00	把	工业	否	否	否	否
529	显微镊	3.00	3,300.00	把	工业	否	否	否	否
530	显微镊	2.00	1,900.00	把	工业	否	否	否	否
531	显微镊	2.00	1,200.00	把	工业	否	否	否	否
532	显微镊	2.00	520.00	把	工业	否	否	否	否
533	显微眼用钩具	13.00	5,460.00	把	工业	否	否	否	否
534	显微眼用钩具	2.00	240.00	把	工业	否	否	否	否
535	显微眼用剪	11.00	2,970.00	把	工业	否	否	否	否
536	显微止血夹	50.00	4,500.00	个	工业	否	否	否	否
537	显微组织剪	2.00	1,260.00	把	工业	否	否	否	否
538	线锯导引器	2.00	144.00	把	工业	否	否	否	否
539	线锯条	30.00	600.00	个	工业	否	否	否	否
540	小梁剪	2.00	560.00	把	工业	否	否	否	否
541	胸部直行解剖镊	2.00	300.00	把	工业	否	否	否	否
542	胸腔镊	2.00	1,140.00	把	工业	否	否	否	否
543	胸腔止血钳	5.00	790.00	把	工业	否	否	否	否
544	血管钳	2.00	17,000.00	把	工业	否	否	否	否
545	血管游离钳	2.00	686.00	把	工业	否	否	否	否
546	压肠板	3.00	120.00	把	工业	否	否	否	否
547	压舌板	5.00	100.00	把	工业	否	否	否	否

548	牙骨锤	2.00	420.0 0	把	工业	否	否	否	否
549	牙用镊	29.00	725.0 0	把	工业	否	否	否	否
550	眼睑拉钩	2.00	242.0 0	把	工业	否	否	否	否
551	眼科刮匙	2.00	480.0 0	把	工业	否	否	否	否
552	眼科镊	50.00	1,500. 00	把	工业	否	否	否	否
553	眼用测量规	50.00	29,60 0.00	把	工业	否	否	否	否
554	眼用测量规	2.00	520.0 0	把	工业	否	否	否	否
555	眼用剪	15.00	990.0 0	把	工业	否	否	否	否
556	咬骨剪	2.00	1,880. 00	把	工业	否	否	否	否
557	咬骨钳	10.00	9,400. 00	把	工业	否	否	否	否
558	咬骨钳	2.00	1,560. 00	把	工业	否	否	否	否
559	医用镊	100.0 0	1,420. 00	把	工业	否	否	否	否
560	医用镊	100.0 0	1,260. 00	把	工业	否	否	否	否
561	医用镊	2.00	56.80	把	工业	否	否	否	否
562	医用镊	5.00	90.00	把	工业	否	否	否	否
563	异物喉钳	5.00	5,500. 00	把	工业	否	否	否	否
564	阴道扩张器	2.00	170.0 0	个	工业	否	否	否	否
565	阴道拉钩	2.00	280.0 0	把	工业	否	否	否	否
566	扎丝（医用钢丝）	200.0 0	21,40 0.00	卷	工业	否	否	否	否
567	整形镊	20.00	2,800. 00	把	工业	否	否	否	否

568	整形镊	2.00	252.0 0	把	工业	否	否	否	否
569	直角拉钩	2.00	228.0 0	把	工业	否	否	否	否
570	直角气管钳	2.00	624.0 0	把	工业	否	否	否	否
571	止血钳	300.0 0	20,40 0.00	把	工业	否	否	否	否
572	止血钳	2.00	12,09 0.00	把	工业	否	否	否	否
573	止血钳	81.00	6,156. 00	把	工业	否	否	否	否
574	止血钳	50.00	5,500. 00	把	工业	否	否	否	否
575	止血钳	11.00	1,056. 00	把	工业	否	否	否	否
576	主动脉阻断钳	2.00	20,12 0.00	把	工业	否	否	否	否
577	主动脉阻断钳	2.00	1,900. 00	把	工业	否	否	否	否
578	主动脉阻断钳	1.00	1,730. 00	把	工业	否	否	否	否
579	助行器	2.00	720.0 0	个	工业	否	否	否	否
580	注吸器	2.00	1,400. 00	把	工业	否	否	否	否
581	抓钳	5.00	9,000. 00	把	工业	否	否	否	否
582	椎板剥离器	2.00	936.0 0	把	工业	否	否	否	否
583	椎板拉钩	30.00	4,950. 00	把	工业	否	否	否	否
584	椎板拉钩	2.00	600.0 0	把	工业	否	否	否	否
585	椎板牵开器	5.00	6,500. 00	把	工业	否	否	否	否
586	椎板牵开器	2.00	1,640. 00	把	工业	否	否	否	否
587	椎板咬骨钳	30.00	39,60 0.00	把	工业	否	否	否	否

588	子宫刮匙	200.0 0	18,40 0.00	把	工业	否	否	否	否
589	子宫刮匙	2.00	280.0 0	把	工业	否	否	否	否
590	子宫刮匙	2.00	204.0 0	把	工业	否	否	否	否
591	子宫夹持钳	2.00	616.0 0	把	工业	否	否	否	否
592	子宫颈活体取样钳	20.00	22,00 0.00	把	工业	否	否	否	否
593	子宫颈活体取样钳	1.00	873.0 0	把	工业	否	否	否	否
594	子宫颈扩张器	2.00	44.00	把	工业	否	否	否	否
595	子宫颈扩张器	2.00	68.00	把	工业	否	否	否	否
596	子宫颈钳	30.00	3,780. 00	把	工业	否	否	否	否
597	子宫探针	2.00	48.00	把	工业	否	否	否	否
598	自动牵开器	20.00	1,600. 00	把	工业	否	否	否	否
599	自动牵开器	2.00	400.0 0	把	工业	否	否	否	否
600	综合组织剪	5.00	385.0 0	把	工业	否	否	否	否
601	组织剪	2.00	360.0 0	把	工业	否	否	否	否
602	组织剪	5.00	340.0 0	把	工业	否	否	否	否
603	组织镊	20.00	2,520. 00	把	工业	否	否	否	否
604	组织镊	5.00	120.0 0	把	工业	否	否	否	否
605	组织钳	5.00	350.0 0	把	工业	否	否	否	否
606	钻颅吸引针	2.00	286.0 0	把	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02329900 其他医疗设备	3%过氧化氢消毒液	3%过氧化氢消毒液
2	A02329900 其他医疗设备	白凡士林	白凡士林
3	A02329900 其他医疗设备	次氯酸钠消毒液	次氯酸钠消毒液
4	A02329900 其他医疗设备	醋酸白抑菌液	醋酸白抑菌液
5	A02329900 其他医疗设备	碘伏消毒液	碘伏消毒液
6	A02329900 其他医疗设备	碘伏消毒液	碘伏消毒液
7	A02329900 其他医疗设备	碘伏消毒液	碘伏消毒液
8	A02329900 其他医疗设备	多酶清洗液	多酶清洗液
9	A02329900 其他医疗设备	多酶去蛋白液	多酶去蛋白液
10	A02329900 其他医疗设备	复合醇消毒湿巾	复合醇消毒湿巾
11	A02329900 其他医疗设备	过氧乙酸消毒液	过氧乙酸消毒液
12	A02329900 其他医疗设备	聚维酮碘粘膜冲洗消毒液	聚维酮碘粘膜冲洗消毒液
13	A02329900 其他医疗设备	抗菌洗手液	抗菌洗手液
14	A02329900 其他医疗设备	卢戈氏碘液抑菌液	卢戈氏碘液抑菌液
15	A02329900 其他医疗设备	络合氯医用器械消毒液	络合氯医用器械消毒液
16	A02329900 其他医疗设备	免洗外科手消毒液	免洗外科手消毒液
17	A02329900 其他医疗设备	消毒片	消毒片
18	A02329900 其他医疗设备	强效多酶清洗剂	强效多酶清洗剂
19	A02329900 其他医疗设备	乳酸依沙吡啶	乳酸依沙吡啶
20	A02329900 其他医疗设备	速干免洗手皮肤消毒液	速干免洗手皮肤消毒液
21	A02329900 其他医疗设备	一次性湿巾	一次性湿巾
22	A02329900 其他医疗设备	医疗器械专用消毒液(浓缩型)	医疗器械专用消毒液(浓缩型)
23	A02329900 其他医疗设备	1%过氧化氢消毒湿巾	1%过氧化氢消毒湿巾
24	A02329900 其他医疗设备	艾灸盒	艾灸盒
25	A02329900 其他医疗设备	艾条	艾条
26	A02329900 其他医疗设备	艾条	艾条
27	A02329900 其他医疗设备	比利时痰培养瓶	比利时痰培养瓶
28	A02329900 其他医疗设备	病历夹	病历夹
29	A02329900 其他医疗设备	病人接口组件	病人接口组件
30	A02329900 其他医疗设备	出诊箱	出诊箱
31	A02329900 其他医疗设备	出诊箱	出诊箱
32	A02329900 其他医疗设备	出诊箱	出诊箱
33	A02329900 其他医疗设备	出诊箱	出诊箱
34	A02329900 其他医疗设备	出诊箱	出诊箱
35	A02329900 其他医疗设备	除颤监护仪.电极片（多功能电极片）	除颤监护仪.电极片（多功能电极片）
36	A02329900 其他医疗设备	担架车	担架车
37	A02329900 其他医疗设备	皮肤前处理剂	皮肤前处理剂

38	A02329900 其他医疗设备	电子血压计	电子血压计
39	A02329900 其他医疗设备	观片灯	观片灯
40	A02329900 其他医疗设备	红外测温仪	红外测温仪
41	A02329900 其他医疗设备	红外线治疗器	红外线治疗器
42	A02329900 其他医疗设备	加压袋	加压袋
43	A02329900 其他医疗设备	酒精棉签	酒精棉签
44	A02329900 其他医疗设备	铅胶围领	铅胶围领
45	A02329900 其他医疗设备	抢救车	抢救车
46	A02329900 其他医疗设备	抢救车	抢救车
47	A02329900 其他医疗设备	取血箱	取血箱
48	A02329900 其他医疗设备	褥疮防治床垫	褥疮防治床垫
49	A02329900 其他医疗设备	三导心电图记录纸	三导心电图记录纸
50	A02329900 其他医疗设备	湿化杆	湿化杆
51	A02329900 其他医疗设备	湿化瓶	湿化瓶
52	A02329900 其他医疗设备	湿化器	湿化器
53	A02329900 其他医疗设备	十二导心电图记录纸	十二导心电图记录纸
54	A02329900 其他医疗设备	试管架(双层)	试管架(双层)
55	A02329900 其他医疗设备	手动轮椅车	手动轮椅车
56	A02329900 其他医疗设备	输液架	输液架
57	A02329900 其他医疗设备	胎儿监护仪记录纸	胎儿监护仪记录纸
58	A02329900 其他医疗设备	探头清洁液	探头清洁液
59	A02329900 其他医疗设备	体重秤	体重秤
60	A02329900 其他医疗设备	无轨输液架	无轨输液架
61	A02329900 其他医疗设备	听诊器	听诊器
62	A02329900 其他医疗设备	脱脂棉球	脱脂棉球
63	A02329900 其他医疗设备	污物车	污物车
64	A02329900 其他医疗设备	心电图记录纸	心电图记录纸
65	A02329900 其他医疗设备	心电图纸	心电图纸
66	A02329900 其他医疗设备	心电图纸	心电图纸
67	A02329900 其他医疗设备	心电图纸	心电图纸
68	A02329900 其他医疗设备	心电图纸	心电图纸
69	A02329900 其他医疗设备	压缩空气式雾化器	压缩空气式雾化器
70	A02329900 其他医疗设备	氩气电极	氩气电极
71	A02329900 其他医疗设备	厌氧产气袋	厌氧产气袋
72	A02329900 其他医疗设备	一次性使用隔离衣	一次性使用隔离衣
73	A02329900 其他医疗设备	一次性使用聚乙烯手套(薄膜手套)	一次性使用聚乙烯手套(薄膜手套)
74	A02329900 其他医疗设备	一次性使用灭菌橡胶外科手套	一次性使用灭菌橡胶外科手套

75	A02329900 其他医疗设备	一次性使用尿沉渣管	一次性使用尿沉渣管
76	A02329900 其他医疗设备	一次性使用塑料试管	一次性使用塑料试管
77	A02329900 其他医疗设备	一次性使用塑料试管	一次性使用塑料试管
78	A02329900 其他医疗设备	一次性使用无菌敷料贴	一次性使用无菌敷料贴
79	A02329900 其他医疗设备	一次性使用无菌敷贴	一次性使用无菌敷贴
80	A02329900 其他医疗设备	一次性使用吸管(大滴管)	一次性使用吸管(大滴管)
81	A02329900 其他医疗设备	一次性使用吸管(大滴管)	一次性使用吸管(大滴管)
82	A02329900 其他医疗设备	一次性使用医用棉签	一次性使用医用棉签
83	A02329900 其他医疗设备	一次性使用医用橡胶检查手套	一次性使用医用橡胶检查手套
84	A02329900 其他医疗设备	一次性试管	一次性试管
85	A02329900 其他医疗设备	一次性试管(软)	一次性试管(软)
86	A02329900 其他医疗设备	一次性输液瓶口贴	一次性输液瓶口贴
87	A02329900 其他医疗设备	一次性痰杯	一次性痰杯
88	A02329900 其他医疗设备	一次性无菌帽	一次性无菌帽
89	A02329900 其他医疗设备	一次性无菌帽	一次性无菌帽
90	A02329900 其他医疗设备	医用电子体温计	医用电子体温计
91	A02329900 其他医疗设备	医用隔离鞋套	医用隔离鞋套
92	A02329900 其他医疗设备	医用棉签	医用棉签
93	A02329900 其他医疗设备	医用棉球	医用棉球
94	A02329900 其他医疗设备	医用鞋套	医用鞋套
95	A02329900 其他医疗设备	医用氧气袋	医用氧气袋
96	A02329900 其他医疗设备	移动平车	移动平车
97	A02329900 其他医疗设备	诊查床	诊查床
98	A02329900 其他医疗设备	指夹式脉搏血氧仪	指夹式脉搏血氧仪
99	A02329900 其他医疗设备	治疗车	治疗车
100	A02329900 其他医疗设备	中药液包装用复合膜	中药液包装用复合膜
101	A02329900 其他医疗设备	紫外线消毒车	紫外线消毒车
102	A02329900 其他医疗设备	医用一次性防护服	医用一次性防护服
103	A02329900 其他医疗设备	134压力蒸汽灭菌化学指示卡	134压力蒸汽灭菌化学指示卡
104	A02329900 其他医疗设备	134压力蒸汽灭菌化学指示卡	134压力蒸汽灭菌化学指示卡
105	A02329900 其他医疗设备	134压力蒸汽灭菌化学指示卡	134压力蒸汽灭菌化学指示卡
106	A02329900 其他医疗设备	Ⅲ型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签	Ⅲ型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签
107	A02329900 其他医疗设备	B-D试验包	B-D试验包

108	A02329900 其他医疗设备	B型压力蒸汽灭菌化学指示标签	B型压力蒸汽灭菌化学指示标签
109	A02329900 其他医疗设备	B型压力蒸汽灭菌化学指示标签	B型压力蒸汽灭菌化学指示标签
110	A02329900 其他医疗设备	B型压力蒸汽灭菌化学指示标签	B型压力蒸汽灭菌化学指示标签
111	A02329900 其他医疗设备	带盖消毒盘	带盖消毒盘
112	A02329900 其他医疗设备	方盘	方盘
113	A02329900 其他医疗设备	服药杯	服药杯
114	A02329900 其他医疗设备	换药碗	换药碗
115	A02329900 其他医疗设备	换药碗	换药碗
116	A02329900 其他医疗设备	刻度量杯	刻度量杯
117	A02329900 其他医疗设备	镊子筒	镊子筒
118	A02329900 其他医疗设备	镊子筒	镊子筒
119	A02329900 其他医疗设备	镊子筒	镊子筒
120	A02329900 其他医疗设备	清洗篮	清洗篮
121	A02329900 其他医疗设备	清洗篮（带盖）	清洗篮（带盖）
122	A02329900 其他医疗设备	洗涤盆	洗涤盆
123	A02329900 其他医疗设备	腰子盘（弯盘）	腰子盘（弯盘）
124	A02329900 其他医疗设备	腰子盘（弯盘）	腰子盘（弯盘）
125	A02329900 其他医疗设备	腰子盘（弯盘）	腰子盘（弯盘）
126	A02329900 其他医疗设备	药杯	药杯
127	A02329900 其他医疗设备	药膏缸	药膏缸
128	A02329900 其他医疗设备	低温等离子灭菌器专用过氧化氢灭菌剂	低温等离子灭菌器专用过氧化氢灭菌剂
129	A02329900 其他医疗设备	低温灭菌通用封包胶带	低温灭菌通用封包胶带
130	A02329900 其他医疗设备	碘伏缸	碘伏缸
131	A02329900 其他医疗设备	电脑打印标签专用碳带	电脑打印标签专用碳带
132	A02329900 其他医疗设备	丁字开口器保护套	丁字开口器保护套
133	A02329900 其他医疗设备	防水隔离服	防水隔离服
134	A02329900 其他医疗设备	封口测试纸	封口测试纸
135	A02329900 其他医疗设备	封口测试纸（低温）	封口测试纸（低温）
136	A02329900 其他医疗设备	过氧化氢低温等离子体化学指示卡	过氧化氢低温等离子体化学指示卡
137	A02329900 其他医疗设备	过氧化氢低温等离子体灭菌0.5小时生物指示剂	过氧化氢低温等离子体灭菌0.5小时生物指示剂
138	A02329900 其他医疗设备	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋

139	A02329900 其他医疗设备	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋	过氧化氢低温等离子体灭菌 包装袋
140	A02329900 其他医疗设备	过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置	过氧化氢低温等离子体灭菌 化学验证装置
141	A02329900 其他医疗设备	过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢 卡匣	过氧化氢低温等离子体灭菌 器100过氧化氢卡匣
142	A02329900 其他医疗设备	加厚防水医用防护服	加厚防水医用防护服
143	A02329900 其他医疗设备	灭菌包装材料	灭菌包装材料
144	A02329900 其他医疗设备	灭菌包装材料	灭菌包装材料
145	A02329900 其他医疗设备	灭菌包装材料	灭菌包装材料
146	A02329900 其他医疗设备	灭菌包装材料	灭菌包装材料
147	A02329900 其他医疗设备	灭菌包装材料	灭菌包装材料
148	A02329900 其他医疗设备	灭菌包装材料	灭菌包装材料
149	A02329900 其他医疗设备	灭菌包装材料	灭菌包装材料
150	A02329900 其他医疗设备	灭菌包装材料	灭菌包装材料
151	A02329900 其他医疗设备	喷雾型器械润滑剂	喷雾型器械润滑剂
152	A02329900 其他医疗设备	器械除油剂	器械除油剂
153	A02329900 其他医疗设备	器械润滑保护剂	器械润滑保护剂
154	A02329900 其他医疗设备	器械整理三角架	器械整理三角架
155	A02329900 其他医疗设备	清洗打包筐	清洗打包筐
156	A02329900 其他医疗设备	清洗效果检测系统检测卡	清洗效果检测系统检测卡
157	A02329900 其他医疗设备	柔软型医用吸水纸	柔软型医用吸水纸
158	A02329900 其他医疗设备	舌钳保护套	舌钳保护套
159	A02329900 其他医疗设备	消毒盒	消毒盒
160	A02329900 其他医疗设备	消毒盒	消毒盒
161	A02329900 其他医疗设备	消毒盒	消毒盒
162	A02329900 其他医疗设备	消毒支架（大号）	消毒支架（大号）
163	A02329900 其他医疗设备	消毒支架（中号）	消毒支架（中号）
164	A02329900 其他医疗设备	压力蒸汽灭菌0.5小时生物挑战包	压力蒸汽灭菌0.5小时生物挑 战包
165	A02329900 其他医疗设备	压力蒸汽灭菌0.5小时生物指示剂	压力蒸汽灭菌0.5小时生物指 示剂
166	A02329900 其他医疗设备	压力蒸汽灭菌标准生物测试包	压力蒸汽灭菌标准生物测试 包
167	A02329900 其他医疗设备	压力蒸汽灭菌封包胶粘带	压力蒸汽灭菌封包胶粘带
168	A02329900 其他医疗设备	压力蒸汽灭菌化学测试包	压力蒸汽灭菌化学测试包
169	A02329900 其他医疗设备	压力蒸汽灭菌化学指示标签	压力蒸汽灭菌化学指示标签
170	A02329900 其他医疗设备	压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡	压力蒸汽灭菌爬行式化学指 示卡

171	A02329900 其他医疗设备	压力蒸汽灭菌生物指示剂	压力蒸汽灭菌生物指示剂
172	A02329900 其他医疗设备	压力蒸汽灭菌自含式生物指示剂	压力蒸汽灭菌自含式生物指示剂
173	A02329900 其他医疗设备	压舌板保护套	压舌板保护套
174	A02329900 其他医疗设备	一次性使用手术洞巾	一次性使用手术洞巾
175	A02329900 其他医疗设备	一次性无菌手术刀片	一次性无菌手术刀片
176	A02329900 其他医疗设备	一次性医用孔巾	一次性医用孔巾
177	A02329900 其他医疗设备	医疗器械除锈剂	医疗器械除锈剂
178	A02329900 其他医疗设备	医疗器械除锈湿巾	医疗器械除锈湿巾
179	A02329900 其他医疗设备	医疗器械黄斑清洗剂	医疗器械黄斑清洗剂
180	A02329900 其他医疗设备	医疗器械锐器保护套	医疗器械锐器保护套
181	A02329900 其他医疗设备	医疗器械锐器保护套	医疗器械锐器保护套
182	A02329900 其他医疗设备	医疗器械中性多酶清洗剂	医疗器械中性多酶清洗剂
183	A02329900 其他医疗设备	医用灭菌包装无纺布	医用灭菌包装无纺布
184	A02329900 其他医疗设备	医用灭菌包装无纺布	医用灭菌包装无纺布
185	A02329900 其他医疗设备	医用灭菌包装无纺布	医用灭菌包装无纺布
186	A02329900 其他医疗设备	医用灭菌包装无纺布	医用灭菌包装无纺布
187	A02329900 其他医疗设备	医用灭菌包装无纺布	医用灭菌包装无纺布
188	A02329900 其他医疗设备	医用灭菌包装无纺布	医用灭菌包装无纺布
189	A02329900 其他医疗设备	医用灭菌包装无纺布	医用灭菌包装无纺布
190	A02329900 其他医疗设备	止血带	止血带
191	A02329900 其他医疗设备	治疗盘	治疗盘
192	A02329900 其他医疗设备	自封型平口袋	自封型平口袋
193	A02329900 其他医疗设备	1.5ml微量离心管, 无色	1.5ml微量离心管, 无色
194	A02329900 其他医疗设备	1000μl盒装吸头	1000μl盒装吸头
195	A02329900 其他医疗设备	1000ul吸嘴, 蓝色	1000ul吸嘴, 蓝色
196	A02329900 其他医疗设备	100ul 8联PCR管 (盖)	100ul 8联PCR管 (盖)
197	A02329900 其他医疗设备	200ul吸嘴, 黄色	200ul吸嘴, 黄色
198	A02329900 其他医疗设备	15ml离心管	15ml离心管
199	A02329900 其他医疗设备	15ml锥形离心管	15ml锥形离心管
200	A02329900 其他医疗设备	1640营养液	1640营养液
201	A02329900 其他医疗设备	18mm 即用型抗体贮存架(有机玻璃)	18mm 即用型抗体贮存架(有机玻璃)
202	A02329900 其他医疗设备	1μL硬接种环	1μL硬接种环
203	A02329900 其他医疗设备	1号反应杯	1号反应杯
204	A02329900 其他医疗设备	因子VIII缺乏血浆测定试剂盒 (凝固法)	因子VIII缺乏血浆测定试剂盒 (凝固法)
205	A02329900 其他医疗设备	200ul袋装枪头	200ul袋装枪头
206	A02329900 其他医疗设备	反应杯	反应杯

207	A02329900 其他医疗设备	2-羟基乙基-2-甲基-2-丙烯酸酯	2-羟基乙基-2-甲基-2-丙烯酸酯
208	A02329900 其他医疗设备	60mm培养皿	60mm培养皿
209	A02329900 其他医疗设备	抗心磷脂IgA抗体检测试剂盒	抗心磷脂IgA抗体检测试剂盒
210	A02329900 其他医疗设备	抗β2糖蛋白1Iga抗体检测试剂盒	抗β2糖蛋白1Iga抗体检测试剂盒
211	A02329900 其他医疗设备	A清洗液	A清洗液
212	A02329900 其他医疗设备	B清洗液	B清洗液
213	A02329900 其他医疗设备	酸性洗液	酸性洗液
214	A02329900 其他医疗设备	清洗液	清洗液
215	A02329900 其他医疗设备	10μl加长滤芯盒装灭菌吸头	10μl加长滤芯盒装灭菌吸头
216	A02329900 其他医疗设备	试剂空盒	试剂空盒
217	A02329900 其他医疗设备	清洗液	清洗液
218	A02329900 其他医疗设备	CRP清洁液	CRP清洁液
219	A02329900 其他医疗设备	EBM系统特指电子生物微孔板-微流道分析系统	EBM系统特指电子生物微孔板-微流道分析系统
220	A02329900 其他医疗设备	ECO-D清洗液	ECO-D清洗液
221	A02329900 其他医疗设备	FITC偶联的小鼠抗人CD59单克隆抗体	FITC偶联的小鼠抗人CD59单克隆抗体
222	A02329900 其他医疗设备	羊抗人IgA	羊抗人IgA
223	A02329900 其他医疗设备	羊抗人IgG	羊抗人IgG
224	A02329900 其他医疗设备	羊抗人IgM	羊抗人IgM
225	A02329900 其他医疗设备	尿液分析仪清洗液(浓缩型)	尿液分析仪清洗液(浓缩型)
226	A02329900 其他医疗设备	兔抗人 Kappa-FITC+Lambda-RPE 多克隆抗体双色检测试剂	兔抗人 Kappa-FITC+Lambda-RPE 多克隆抗体双色检测试剂
227	A02329900 其他医疗设备	碱性洗液	碱性洗液
228	A02329900 其他医疗设备	NaOH-D(氢氧化钠)	NaOH-D(氢氧化钠)
229	A02329900 其他医疗设备	PCR八连排管	PCR八连排管
230	A02329900 其他医疗设备	PE偶联的小鼠抗人CD55单克隆抗体	PE偶联的小鼠抗人CD55单克隆抗体
231	A02329900 其他医疗设备	pH电极	pH电极
232	A02329900 其他医疗设备	免疫组化载玻片	免疫组化载玻片
233	A02329900 其他医疗设备	Ref电极	Ref电极
234	A02329900 其他医疗设备	反应杯	反应杯
235	A02329900 其他医疗设备	样本针清洗液	样本针清洗液
236	A02329900 其他医疗设备	多用洗液	多用洗液
237	A02329900 其他医疗设备	酸性洗液	酸性洗液
238	A02329900 其他医疗设备	酸性洗液	酸性洗液

239	A02329900 其他医疗设备	试剂盒	试剂盒
240	A02329900 其他医疗设备	白细胞分化抗原 检测试剂盒（流式细胞仪法）	白细胞分化抗原 检测试剂盒（流式细胞仪法）
241	A02329900 其他医疗设备	白细胞分化抗原检测试剂盒（流式细胞法） Anti-Myelo peroxydase-FITC	白细胞分化抗原检测试剂盒（流式细胞法） Anti-Myelo peroxydase-FITC
242	A02329900 其他医疗设备	便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法）	便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法）
243	A02329900 其他医疗设备	冰冻切片机一次性刀片	冰冻切片机一次性刀片
244	A02329900 其他医疗设备	玻璃量杯	玻璃量杯
245	A02329900 其他医疗设备	玻璃血沉管	玻璃血沉管
246	A02329900 其他医疗设备	采样针清洗液	采样针清洗液
247	A02329900 其他医疗设备	常规切片机一次性刀片	常规切片机一次性刀片
248	A02329900 其他医疗设备	超级免疫组化油笔	超级免疫组化油笔
249	A02329900 其他医疗设备	冲洗液	冲洗液
250	A02329900 其他医疗设备	冲洗液	冲洗液
251	A02329900 其他医疗设备	冲洗液	冲洗液
252	A02329900 其他医疗设备	初始稀释管	初始稀释管
253	A02329900 其他医疗设备	除热原稀释管	除热原稀释管
254	A02329900 其他医疗设备	带滤芯枪头	带滤芯枪头
255	A02329900 其他医疗设备	带滤芯吸头	带滤芯吸头
256	A02329900 其他医疗设备	单孔反应杯	单孔反应杯
257	A02329900 其他医疗设备	电极调理液	电极调理液
258	A02329900 其他医疗设备	动态浊度法鲎试剂	动态浊度法鲎试剂
259	A02329900 其他医疗设备	冻存管	冻存管
260	A02329900 其他医疗设备	多用洗液	多用洗液
261	A02329900 其他医疗设备	二甲基亚砷	二甲基亚砷
262	A02329900 其他医疗设备	反应杯	反应杯
263	A02329900 其他医疗设备	反应杯	反应杯
264	A02329900 其他医疗设备	反应杯	反应杯
265	A02329900 其他医疗设备	分析吸头	分析吸头
266	A02329900 其他医疗设备	分析吸头（分析杯）	分析吸头（分析杯）
267	A02329900 其他医疗设备	盖玻片	盖玻片
268	A02329900 其他医疗设备	盖玻片	盖玻片
269	A02329900 其他医疗设备	革兰氏染色液（快速法）-碘溶液	革兰氏染色液（快速法）-碘溶液
270	A02329900 其他医疗设备	革兰氏染色液（快速法）-龙胆紫液	革兰氏染色液（快速法）-龙胆紫液

271	A02329900 其他医疗设备	革兰氏染色液（快速法）-沙皇溶液	革兰氏染色液（快速法）-沙皇溶液
272	A02329900 其他医疗设备	革兰氏染色液（快速法）-脱色液	革兰氏染色液（快速法）-脱色液
273	A02329900 其他医疗设备	过氧化氢低温等离子体灭菌自含式生物指示剂	过氧化氢低温等离子体灭菌自含式生物指示剂
274	A02329900 其他医疗设备	碱性清洗液	碱性清洗液
275	A02329900 其他医疗设备	碱性清洗液	碱性清洗液
276	A02329900 其他医疗设备	碱性清洗液	碱性清洗液
277	A02329900 其他医疗设备	抗酸染色液(冷染法)-石炭酸复红溶液	抗酸染色液(冷染法)-石炭酸复红溶液
278	A02329900 其他医疗设备	抗酸染色液(冷染法)-酸性酒精溶液	抗酸染色液(冷染法)-酸性酒精溶液
279	A02329900 其他医疗设备	抗酸染色液(冷染法)亚甲基蓝溶液	抗酸染色液(冷染法)亚甲基蓝溶液
280	A02329900 其他医疗设备	刻度离心管（带盖）	刻度离心管（带盖）
281	A02329900 其他医疗设备	刻度离心管（带盖）	刻度离心管（带盖）
282	A02329900 其他医疗设备	离心管（带盖）	离心管（带盖）
283	A02329900 其他医疗设备	流式上样管（5mL聚苯乙烯圆底管）	流式上样管（5mL聚苯乙烯圆底管）
284	A02329900 其他医疗设备	免疫显色试剂	免疫显色试剂
285	A02329900 其他医疗设备	免疫组化载玻片	免疫组化载玻片
286	A02329900 其他医疗设备	磨砂载玻片	磨砂载玻片
287	A02329900 其他医疗设备	尿比重计	尿比重计
288	A02329900 其他医疗设备	浓缩清洗液	浓缩清洗液
289	A02329900 其他医疗设备	普通载玻片	普通载玻片
290	A02329900 其他医疗设备	切片石蜡	切片石蜡
291	A02329900 其他医疗设备	清洗液	清洗液
292	A02329900 其他医疗设备	清洗液A（盐酸）	清洗液A（盐酸）
293	A02329900 其他医疗设备	清洗液B（次氯酸钠）	清洗液B（次氯酸钠）
294	A02329900 其他医疗设备	全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱	全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱
295	A02329900 其他医疗设备	全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱	全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱
296	A02329900 其他医疗设备	全自动生化分析仪用清洗剂 碱性清洗剂	全自动生化分析仪用清洗剂 碱性清洗剂
297	A02329900 其他医疗设备	全自动生化分析仪用清洗剂 抗菌无磷清洗剂	全自动生化分析仪用清洗剂 抗菌无磷清洗剂
298	A02329900 其他医疗设备	全自动特定蛋白分析仪清洗液	全自动特定蛋白分析仪清洗液

299	A02329900 其他医疗设备	人ab血清	人ab血清
300	A02329900 其他医疗设备	人MPN相关基因联合检测试剂盒（荧光PCR法）	人MPN相关基因联合检测试剂盒（荧光PCR法）
301	A02329900 其他医疗设备	瑞氏-姬姆萨染色液A液	瑞氏-姬姆萨染色液A液
302	A02329900 其他医疗设备	瑞氏-姬姆萨染色液B液	瑞氏-姬姆萨染色液B液
303	A02329900 其他医疗设备	生化分析系统清洗液	生化分析系统清洗液
304	A02329900 其他医疗设备	生化分析仪记录纸	生化分析仪记录纸
305	A02329900 其他医疗设备	手动单道可调式移液器	手动单道可调式移液器
306	A02329900 其他医疗设备	手动单道可调式移液器	手动单道可调式移液器
307	A02329900 其他医疗设备	酸性清洗液	酸性清洗液
308	A02329900 其他医疗设备	酸性清洗液	酸性清洗液
309	A02329900 其他医疗设备	糖原染色液（PAS）	糖原染色液（PAS）
310	A02329900 其他医疗设备	脱钙液	脱钙液
311	A02329900 其他医疗设备	脱色液（清洗液）	脱色液（清洗液）
312	A02329900 其他医疗设备	微量移液器	微量移液器
313	A02329900 其他医疗设备	无热原试管	无热原试管
314	A02329900 其他医疗设备	无热原西林瓶	无热原西林瓶
315	A02329900 其他医疗设备	无热原吸头	无热原吸头
316	A02329900 其他医疗设备	无热原吸头	无热原吸头
317	A02329900 其他医疗设备	吸头（黄）	吸头（黄）
318	A02329900 其他医疗设备	吸嘴，无色	吸嘴，无色
319	A02329900 其他医疗设备	系统清洗液	系统清洗液
320	A02329900 其他医疗设备	细菌内毒素工作标准品	细菌内毒素工作标准品
321	A02329900 其他医疗设备	细菌内毒素检查反应板	细菌内毒素检查反应板
322	A02329900 其他医疗设备	细菌内毒素检查用水	细菌内毒素检查用水
323	A02329900 其他医疗设备	血流变清洗液	血流变清洗液
324	A02329900 其他医疗设备	血凝杯	血凝杯
325	A02329900 其他医疗设备	血细胞分析用清洁液	血细胞分析用清洁液
326	A02329900 其他医疗设备	血液基因组DNA提取试剂盒	血液基因组DNA提取试剂盒
327	A02329900 其他医疗设备	样本采集管	样本采集管
328	A02329900 其他医疗设备	样本针清洗液	样本针清洗液
329	A02329900 其他医疗设备	样品杯	样品杯
330	A02329900 其他医疗设备	样品测试管	样品测试管
331	A02329900 其他医疗设备	液体石蜡	液体石蜡
332	A02329900 其他医疗设备	一次性量杯	一次性量杯
333	A02329900 其他医疗设备	一次性使用标本杯	一次性使用标本杯
334	A02329900 其他医疗设备	一次性使用标本杯	一次性使用标本杯

335	A02329900 其他医疗设备	一次性使用采样杯	一次性使用采样杯
336	A02329900 其他医疗设备	一次性吸管(一次性吸管)	一次性吸管(一次性吸管)
337	A02329900 其他医疗设备	一次性吸头	一次性吸头
338	A02329900 其他医疗设备	一次性悬浮液管	一次性悬浮液管
339	A02329900 其他医疗设备	载玻片（病理级）	载玻片（病理级）
340	A02329900 其他医疗设备	粘附载玻片	粘附载玻片
341	A02329900 其他医疗设备	粘附载玻片	粘附载玻片
342	A02329900 其他医疗设备	整装反应杯	整装反应杯
343	A02329900 其他医疗设备	整装吸头	整装吸头
344	A02329900 其他医疗设备	总RNA提取试剂	总RNA提取试剂
345	A02329900 其他医疗设备	组织包埋盒	组织包埋盒
346	A02329900 其他医疗设备	组织学专用石蜡	组织学专用石蜡
347	A02329900 其他医疗设备	凹凸齿止血夹	凹凸齿止血夹
348	A02329900 其他医疗设备	鼻剪	鼻剪
349	A02329900 其他医疗设备	鼻窥器（鼻镜）	鼻窥器（鼻镜）
350	A02329900 其他医疗设备	鼻腔吸引管	鼻腔吸引管
351	A02329900 其他医疗设备	鼻腔吸引管	鼻腔吸引管
352	A02329900 其他医疗设备	鼻咽活体取样钳	鼻咽活体取样钳
353	A02329900 其他医疗设备	鼻咬切钳	鼻咬切钳
354	A02329900 其他医疗设备	鼻组织钳	鼻组织钳
355	A02329900 其他医疗设备	鼻组织钳	鼻组织钳
356	A02329900 其他医疗设备	编网筐	编网筐
357	A02329900 其他医疗设备	编网筐	编网筐
358	A02329900 其他医疗设备	编网筐	编网筐
359	A02329900 其他医疗设备	编网筐（精密带盖）	编网筐（精密带盖）
360	A02329900 其他医疗设备	编网筐（精密带盖）	编网筐（精密带盖）
361	A02329900 其他医疗设备	扁桃体吸引管	扁桃体吸引管
362	A02329900 其他医疗设备	剥离器	剥离器
363	A02329900 其他医疗设备	剥离器	剥离器
364	A02329900 其他医疗设备	测深器	测深器
365	A02329900 其他医疗设备	肠钳	肠钳
366	A02329900 其他医疗设备	持骨钳	持骨钳
367	A02329900 其他医疗设备	冲洗器手柄	冲洗器手柄
368	A02329900 其他医疗设备	穿刺器	穿刺器
369	A02329900 其他医疗设备	创口钩	创口钩
370	A02329900 其他医疗设备	带尖复位钳	带尖复位钳
371	A02329900 其他医疗设备	单极分离钳	单极分离钳
372	A02329900 其他医疗设备	单极分离钳	单极分离钳
373	A02329900 其他医疗设备	单极分离钳	单极分离钳

374	A02329900 其他医疗设备	单极剪刀	单极剪刀
375	A02329900 其他医疗设备	单极剪刀	单极剪刀
376	A02329900 其他医疗设备	单极抓钳	单极抓钳
377	A02329900 其他医疗设备	单极抓钳	单极抓钳
378	A02329900 其他医疗设备	胆道探条	胆道探条
379	A02329900 其他医疗设备	胆管钳	胆管钳
380	A02329900 其他医疗设备	胆石匙	胆石匙
381	A02329900 其他医疗设备	电动吸引器	电动吸引器
382	A02329900 其他医疗设备	电动子宫切除器及配套手术器械-碎宫器	电动子宫切除器及配套手术器械-碎宫器
383	A02329900 其他医疗设备	蝶窦咬骨钳	蝶窦咬骨钳
384	A02329900 其他医疗设备	丁字开口器	丁字开口器
385	A02329900 其他医疗设备	耳用膝状镊	耳用膝状镊
386	A02329900 其他医疗设备	分离结扎钳	分离结扎钳
387	A02329900 其他医疗设备	缝线结扎镊	缝线结扎镊
388	A02329900 其他医疗设备	缝线结扎镊	缝线结扎镊
389	A02329900 其他医疗设备	敷料镊	敷料镊
390	A02329900 其他医疗设备	敷料镊	敷料镊
391	A02329900 其他医疗设备	敷料镊	敷料镊
392	A02329900 其他医疗设备	腹壁拉钩	腹壁拉钩
393	A02329900 其他医疗设备	腹壁牵开器	腹壁牵开器
394	A02329900 其他医疗设备	腹腔吸引管	腹腔吸引管
395	A02329900 其他医疗设备	肛门镜	肛门镜
396	A02329900 其他医疗设备	钢丝剪	钢丝剪
397	A02329900 其他医疗设备	钢丝钳	钢丝钳
398	A02329900 其他医疗设备	钢针剪	钢针剪
399	A02329900 其他医疗设备	钢针剪	钢针剪
400	A02329900 其他医疗设备	宫内节育器取出钩	宫内节育器取出钩
401	A02329900 其他医疗设备	宫内节育器取出钳	宫内节育器取出钳
402	A02329900 其他医疗设备	宫腔镜配套手术器械	宫腔镜配套手术器械
403	A02329900 其他医疗设备	骨把持器	骨把持器
404	A02329900 其他医疗设备	骨锤	骨锤
405	A02329900 其他医疗设备	骨锉	骨锉
406	A02329900 其他医疗设备	骨锉	骨锉
407	A02329900 其他医疗设备	骨刀	骨刀
408	A02329900 其他医疗设备	骨刀	骨刀
409	A02329900 其他医疗设备	骨刀	骨刀
410	A02329900 其他医疗设备	骨刮匙	骨刮匙
411	A02329900 其他医疗设备	骨刮匙	骨刮匙

412	A02329900 其他医疗设备	骨刮匙	骨刮匙
413	A02329900 其他医疗设备	骨刮匙	骨刮匙
414	A02329900 其他医疗设备	骨刮匙（铝合金柄）	骨刮匙（铝合金柄）
415	A02329900 其他医疗设备	骨科撑开器	骨科撑开器
416	A02329900 其他医疗设备	骨科复位钳	骨科复位钳
417	A02329900 其他医疗设备	骨科复位钳	骨科复位钳
418	A02329900 其他医疗设备	骨克丝钳	骨克丝钳
419	A02329900 其他医疗设备	骨拉钩	骨拉钩
420	A02329900 其他医疗设备	骨膜剥离器	骨膜剥离器
421	A02329900 其他医疗设备	骨膜剥离器	骨膜剥离器
422	A02329900 其他医疗设备	骨膜剥离器	骨膜剥离器
423	A02329900 其他医疗设备	骨膜剥离器	骨膜剥离器
424	A02329900 其他医疗设备	骨膜剥离器	骨膜剥离器
425	A02329900 其他医疗设备	骨膜分离器（铝合金柄）	骨膜分离器（铝合金柄）
426	A02329900 其他医疗设备	骨牵引针	骨牵引针
427	A02329900 其他医疗设备	骨牵引针	骨牵引针
428	A02329900 其他医疗设备	骨撬	骨撬
429	A02329900 其他医疗设备	骨撬	骨撬
430	A02329900 其他医疗设备	骨撬	骨撬
431	A02329900 其他医疗设备	骨用牵开器	骨用牵开器
432	A02329900 其他医疗设备	骨凿	骨凿
433	A02329900 其他医疗设备	辊轴取皮刀	辊轴取皮刀
434	A02329900 其他医疗设备	辊轴取皮刀	辊轴取皮刀
435	A02329900 其他医疗设备	海绵钳	海绵钳
436	A02329900 其他医疗设备	海绵钳	海绵钳
437	A02329900 其他医疗设备	虹膜恢复器	虹膜恢复器
438	A02329900 其他医疗设备	后颅凹牵开器	后颅凹牵开器
439	A02329900 其他医疗设备	后囊膜抛光器	后囊膜抛光器
440	A02329900 其他医疗设备	会阴剪	会阴剪
441	A02329900 其他医疗设备	活检钳	活检钳
442	A02329900 其他医疗设备	棘突打孔器	棘突打孔器
443	A02329900 其他医疗设备	甲状腺拉钩	甲状腺拉钩
444	A02329900 其他医疗设备	间接喉钳	间接喉钳
445	A02329900 其他医疗设备	角膜剪	角膜剪
446	A02329900 其他医疗设备	结膜剪	结膜剪
447	A02329900 其他医疗设备	截骨刀	截骨刀
448	A02329900 其他医疗设备	晶体定位钩	晶体定位钩
449	A02329900 其他医疗设备	晶体线环	晶体线环
450	A02329900 其他医疗设备	晶体植入镊	晶体植入镊

451	A02329900 其他医疗设备	精细剪	精细剪
452	A02329900 其他医疗设备	胫骨牵开器	胫骨牵开器
453	A02329900 其他医疗设备	开睑器	开睑器
454	A02329900 其他医疗设备	开睑器	开睑器
455	A02329900 其他医疗设备	可重复使用导尿管	可重复使用导尿管
456	A02329900 其他医疗设备	口镜	口镜
457	A02329900 其他医疗设备	窥视叶片	窥视叶片
458	A02329900 其他医疗设备	拉钩	拉钩
459	A02329900 其他医疗设备	拉钩	拉钩
460	A02329900 其他医疗设备	拉钩	拉钩
461	A02329900 其他医疗设备	拉钩	拉钩
462	A02329900 其他医疗设备	阑尾拉钩	阑尾拉钩
463	A02329900 其他医疗设备	阑尾拉钩	阑尾拉钩
464	A02329900 其他医疗设备	淋巴结钳	淋巴结钳
465	A02329900 其他医疗设备	流产吸引头	流产吸引头
466	A02329900 其他医疗设备	颅骨骨膜剥离器	颅骨骨膜剥离器
467	A02329900 其他医疗设备	颅骨骨撬	颅骨骨撬
468	A02329900 其他医疗设备	泌尿肝肠外科手术器械	泌尿肝肠外科手术器械
469	A02329900 其他医疗设备	脑部解剖镊	脑部解剖镊
470	A02329900 其他医疗设备	脑部枪形解剖镊	脑部枪形解剖镊
471	A02329900 其他医疗设备	脑部直行解剖镊	脑部直行解剖镊
472	A02329900 其他医疗设备	脑吸引管	脑吸引管
473	A02329900 其他医疗设备	脑吸引管	脑吸引管
474	A02329900 其他医疗设备	脑压板	脑压板
475	A02329900 其他医疗设备	内窥镜用高频手术器械（双极电凝钳）	内窥镜用高频手术器械（双极电凝钳）
476	A02329900 其他医疗设备	帕巾钳	帕巾钳
477	A02329900 其他医疗设备	皮肤拉钩	皮肤拉钩
478	A02329900 其他医疗设备	皮肤拉钩	皮肤拉钩
479	A02329900 其他医疗设备	皮管钳	皮管钳
480	A02329900 其他医疗设备	皮球带阀	皮球带阀
481	A02329900 其他医疗设备	平骨凿	平骨凿
482	A02329900 其他医疗设备	前列腺剪	前列腺剪
483	A02329900 其他医疗设备	取石钳	取石钳
484	A02329900 其他医疗设备	乳突牵开器	乳突牵开器
485	A02329900 其他医疗设备	纱布绷带剪	纱布绷带剪
486	A02329900 其他医疗设备	上颌窦探针	上颌窦探针
487	A02329900 其他医疗设备	烧灼止血器	烧灼止血器
488	A02329900 其他医疗设备	舌钳	舌钳

489	A02329900 其他医疗设备	深部拉钩	深部拉钩
490	A02329900 其他医疗设备	深部拉钩	深部拉钩
491	A02329900 其他医疗设备	深部拉钩	深部拉钩
492	A02329900 其他医疗设备	神经剥离器	神经剥离器
493	A02329900 其他医疗设备	神经传导电极传感器	神经传导电极传感器
494	A02329900 其他医疗设备	神经根拉钩	神经根拉钩
495	A02329900 其他医疗设备	施夹器	施夹器
496	A02329900 其他医疗设备	手术刀柄	手术刀柄
497	A02329900 其他医疗设备	手术辅助照明灯	手术辅助照明灯
498	A02329900 其他医疗设备	手术剪	手术剪
499	A02329900 其他医疗设备	手术剪	手术剪
500	A02329900 其他医疗设备	手术剪	手术剪
501	A02329900 其他医疗设备	手术剪	手术剪
502	A02329900 其他医疗设备	手术剪	手术剪
503	A02329900 其他医疗设备	手足外科手术器械包	手足外科手术器械包
504	A02329900 其他医疗设备	双极器械	双极器械
505	A02329900 其他医疗设备	双极器械	双极器械
506	A02329900 其他医疗设备	双翼阴道手术扩张器	双翼阴道手术扩张器
507	A02329900 其他医疗设备	撕囊镊	撕囊镊
508	A02329900 其他医疗设备	髓核钳	髓核钳
509	A02329900 其他医疗设备	钛夹钳	钛夹钳
510	A02329900 其他医疗设备	探测器	探测器
511	A02329900 其他医疗设备	特定电磁波治疗器	特定电磁波治疗器
512	A02329900 其他医疗设备	头皮夹钳	头皮夹钳
513	A02329900 其他医疗设备	微血管固定助缝工具	微血管固定助缝工具
514	A02329900 其他医疗设备	微血管合拢器	微血管合拢器
515	A02329900 其他医疗设备	微血管夹持镊	微血管夹持镊
516	A02329900 其他医疗设备	吸引管	吸引管
517	A02329900 其他医疗设备	吸引管	吸引管
518	A02329900 其他医疗设备	吸引器	吸引器
519	A02329900 其他医疗设备	洗眼器	洗眼器
520	A02329900 其他医疗设备	系线镊	系线镊
521	A02329900 其他医疗设备	显微持针钳	显微持针钳
522	A02329900 其他医疗设备	显微基础器械包	显微基础器械包
523	A02329900 其他医疗设备	显微剪	显微剪
524	A02329900 其他医疗设备	显微镜用钩具	显微镜用钩具
525	A02329900 其他医疗设备	显微镊	显微镊
526	A02329900 其他医疗设备	显微镊	显微镊
527	A02329900 其他医疗设备	显微镊	显微镊

528	A02329900 其他医疗设备	显微镊	显微镊
529	A02329900 其他医疗设备	显微镊	显微镊
530	A02329900 其他医疗设备	显微镊	显微镊
531	A02329900 其他医疗设备	显微镊	显微镊
532	A02329900 其他医疗设备	显微眼用钩具	显微眼用钩具
533	A02329900 其他医疗设备	显微眼用钩具	显微眼用钩具
534	A02329900 其他医疗设备	显微眼用剪	显微眼用剪
535	A02329900 其他医疗设备	显微止血夹	显微止血夹
536	A02329900 其他医疗设备	显微组织剪	显微组织剪
537	A02329900 其他医疗设备	线据导引器	线据导引器
538	A02329900 其他医疗设备	线锯条	线锯条
539	A02329900 其他医疗设备	小梁剪	小梁剪
540	A02329900 其他医疗设备	胸部直行解剖镊	胸部直行解剖镊
541	A02329900 其他医疗设备	胸腔镊	胸腔镊
542	A02329900 其他医疗设备	胸腔止血钳	胸腔止血钳
543	A02329900 其他医疗设备	血管钳	血管钳
544	A02329900 其他医疗设备	血管游离钳	血管游离钳
545	A02329900 其他医疗设备	压肠板	压肠板
546	A02329900 其他医疗设备	压舌板	压舌板
547	A02329900 其他医疗设备	牙骨锤	牙骨锤
548	A02329900 其他医疗设备	牙用镊	牙用镊
549	A02329900 其他医疗设备	眼睑拉钩	眼睑拉钩
550	A02329900 其他医疗设备	眼科刮匙	眼科刮匙
551	A02329900 其他医疗设备	眼科镊	眼科镊
552	A02329900 其他医疗设备	眼用测量规	眼用测量规
553	A02329900 其他医疗设备	眼用测量规	眼用测量规
554	A02329900 其他医疗设备	眼用剪	眼用剪
555	A02329900 其他医疗设备	咬骨剪	咬骨剪
556	A02329900 其他医疗设备	咬骨钳	咬骨钳
557	A02329900 其他医疗设备	咬骨钳	咬骨钳
558	A02329900 其他医疗设备	医用镊	医用镊
559	A02329900 其他医疗设备	医用镊	医用镊
560	A02329900 其他医疗设备	医用镊	医用镊
561	A02329900 其他医疗设备	医用镊	医用镊
562	A02329900 其他医疗设备	异物喉钳	异物喉钳
563	A02329900 其他医疗设备	阴道扩张器	阴道扩张器
564	A02329900 其他医疗设备	阴道拉钩	阴道拉钩
565	A02329900 其他医疗设备	扎丝（医用钢丝）	扎丝（医用钢丝）
566	A02329900 其他医疗设备	整形镊	整形镊

567	A02329900 其他医疗设备	整形镊	整形镊
568	A02329900 其他医疗设备	直角拉钩	直角拉钩
569	A02329900 其他医疗设备	直角气管钳	直角气管钳
570	A02329900 其他医疗设备	止血钳	止血钳
571	A02329900 其他医疗设备	止血钳	止血钳
572	A02329900 其他医疗设备	止血钳	止血钳
573	A02329900 其他医疗设备	止血钳	止血钳
574	A02329900 其他医疗设备	止血钳	止血钳
575	A02329900 其他医疗设备	主动脉阻断钳	主动脉阻断钳
576	A02329900 其他医疗设备	主动脉阻断钳	主动脉阻断钳
577	A02329900 其他医疗设备	主动脉阻断钳	主动脉阻断钳
578	A02329900 其他医疗设备	助行器	助行器
579	A02329900 其他医疗设备	注吸器	注吸器
580	A02329900 其他医疗设备	抓钳	抓钳
581	A02329900 其他医疗设备	椎板剥离器	椎板剥离器
582	A02329900 其他医疗设备	椎板拉钩	椎板拉钩
583	A02329900 其他医疗设备	椎板拉钩	椎板拉钩
584	A02329900 其他医疗设备	椎板牵开器	椎板牵开器
585	A02329900 其他医疗设备	椎板牵开器	椎板牵开器
586	A02329900 其他医疗设备	椎板咬骨钳	椎板咬骨钳
587	A02329900 其他医疗设备	子宫刮匙	子宫刮匙
588	A02329900 其他医疗设备	子宫刮匙	子宫刮匙
589	A02329900 其他医疗设备	子宫刮匙	子宫刮匙
590	A02329900 其他医疗设备	子宫夹持钳	子宫夹持钳
591	A02329900 其他医疗设备	子宫颈活体取样钳	子宫颈活体取样钳
592	A02329900 其他医疗设备	子宫颈活体取样钳	子宫颈活体取样钳
593	A02329900 其他医疗设备	子宫颈扩张器	子宫颈扩张器
594	A02329900 其他医疗设备	子宫颈扩张器	子宫颈扩张器
595	A02329900 其他医疗设备	子宫颈钳	子宫颈钳
596	A02329900 其他医疗设备	子宫探针	子宫探针
597	A02329900 其他医疗设备	自动牵开器	自动牵开器
598	A02329900 其他医疗设备	自动牵开器	自动牵开器
599	A02329900 其他医疗设备	综合组织剪	综合组织剪
600	A02329900 其他医疗设备	组织剪	组织剪
601	A02329900 其他医疗设备	组织剪	组织剪
602	A02329900 其他医疗设备	组织镊	组织镊
603	A02329900 其他医疗设备	组织镊	组织镊
604	A02329900 其他医疗设备	组织钳	组织钳
605	A02329900 其他医疗设备	钻颅吸引针	钻颅吸引针

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包B（其他耗材类）

1、特定资格要求：根据所投设备分类，如属于二类医疗器械，投标人是生产企业的需提供有效的《医疗器械生产许可证》，投标人是代理商的需提供生产企业的《医疗器械生产许可证》；如属于三类医疗器械，投标人是生产企业的需提供有效的《医疗器械生产许可证》，投标人是代理商的需提供《医疗器械经营许可证》以及生产企业的《医疗器械生产许可证》；如属于一类医疗器械的，投标人是生产企业的需提供有效的一类生产备案凭证。 投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。不属于医疗器械管理的提供相关声明或证明材料。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 中新创达咨询有限公司

地址： 河南省郑州市中原区郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号95幢

邮编： 450000

联系人： 白群芳

联系电话： 18614836925

采购单位名称： 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

地址： 包头市昆区林荫路41号

邮编： 014000

联系人： 梅莉斯

联系电话： 0472-2178297

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：包1（B包：其他耗材类）按差额定率累进法计算，以中标金额为计费基数。500万元以下(含500万元)乘1.5%；500万元-1000万元(含1000万元)乘0.8%收取。
13	投标保证金	不收取保证金
14	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
15	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
16	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
17	有效投标人家数	采购包1：3家

18	中标供应商数量	采购包1：1名
19	中标候选人数量	采购包1：3名
20	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
21	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
22	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
23	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
24	其他	<p>1.合同融资：为支持和促进中小企业发展，切实解决企业融资难问题，包头市政府采购项目已开通合同融资渠道，投标人中标后可通过中标合同向相关银行发起无抵押无担保融资申请，银行根据企业中标信息发放贷款，帮助企业解决融资问题。相关资料可查阅：http://39.104.85.103/zcdservice/zcd/neimeng。</p> <p>2.特别说明</p> <p>（1）本项目为电子标投标，制作投标（响应）文件时请到内蒙古自治区采购网首自行学习操作方法(网站上有操作视频)，如遇问题无法解决可直接联系软件公司咨询，包头技术支持0472-5228689，内蒙古自治区财政厅技术支持：0471-4192304，内蒙古自治区金财公司技术支持400-0471-010-2。（2）由于本项目采用电子系统招标，后台采购文件为系统模板，根据具体项目的情况无法准确描述，部分内容只可填空，不可更改。采购文件中有不适用之处，敬请谅解。如有问题，请及时联系代理公司。（3）关于合同模版，由于采购文件中《合同与验收》为固定模板，无法修改。本项目的合同条款及格式以实际签订内容为准。（4）本项目为远程开标，投标人需提前半小时登录系统签到，开标时远程解锁、确认。开标时，各投标人必须保证电脑可正常登陆、解密及签章。本项目设置解密、签章确认时限均为30分钟，如投标人在规定时间内无法解密或签章，造成废标的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。（5）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。（6）关于纸质投标文件的要求：供应商中标后，须于中标结果公告后提供与电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件3份（正本1份、副本2份，用于备案存档）。纸质投标文件要求由投标文件制作工具直接打印（内容必须完整）、装订后并加盖单位公章，如与电子版投标文件内容不一致所引起一切法律责任及不良后果，由供应商自行承担，并记入诚信档案。纸质投标文件中所有要求盖章、签字的地方都按“招标文件”中“签字、盖章要求”执行。打印注意事项：纸质投标文件要以胶装形式牢固装订。按招标文件中投标文件格式”的顺序装订成册，牢固装订是指装订好的投标文件不至于在翻阅时散开或用简单的方式将其中一项取出或将其他文件插入，各种活页装订、打孔式、塑料方便式书脊插入装订的不认为是牢固装订。</p>

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时在开标时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时

间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- （2）CA证书无法解密投标文件的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）CA证书无法解密投标文件的；
- （2）投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指中新创达咨询有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照规定提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查

询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标

人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包B（其他耗材类）

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024年度或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其银行出具的近一年内的银行资信证明。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的良好缴纳税收的相关凭证。(凭证以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准) 2.提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭证。(凭证以专用收据或社会保险缴纳清单为准) 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	本项目不接受联合体投标。

特定资格要求

采购包1：合同包B（其他耗材类）

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	根据所投设备分类，如属于二类医疗器械，投标人是生产企业的需提供有效的《医疗器械生产许可证》，投标人是代理商的需提供生产企业的《医疗器械生产许可证》；如属于三类医疗器械，投标人是生产企业的需提供有效的《医疗器械生产许可证》，投标人是代理商的需提供《医疗器械经营许可证》以及生产企业的《医疗器械生产许可证》；如属于一类医疗器械的，投标人是生产企业的需提供有效的一类生产备案凭证。投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。不属于医疗器械管理的提供相关声明或证明材料。

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

(四) 事实依据;

(五) 法律依据;

(六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书,应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

本次项目涉及消毒供应室类、普通耗材类耗材及器械等，满足采购人使用需求。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包B（其他耗材类）

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	根据采购人的需求，产品按月分批供应。每次接到采购人的通知确定订购数量之日起在48小时内按照采购人要求完成供货。
2		标的提供地点	内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院
3		合同履行期限	自合同签订之日起壹年
4		合同履行地点	内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院
5		验收要求	1.采购人按照合同的约定对中标人履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。 2.包装：均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 3.货物验收在采购人和中标人双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行。 4.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，因此产生的有关费用由中标人承担； 5.如果合同货物运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排补货、换货，换货的相关费用由中标人承担。
			1、（1）根据每月产品的实际供货量，在完成供货且验收合格无质量问题后，按照月供货量的60%据实结算，余40%在供货期限内无息付清。（2）每次支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.33% 2、（1）根据每月产品的实际供货量，在完成供货且验收合格无质量问题后，按照月供货量的60%据实结算，余40%在供货期限内无息付清。（2）每次支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.33% 3、（1）根据每月产品的实际供货量，在完成供货且验收合格无质量问题后，按照月供货量的60%据实结算，余40%在供货期限内无息付清。（2）每次支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致，达到付款条件起30日内，支付

合同总金额的8.33%

4、（1）根据每月产品的实际供货量，在完成供货且验收合格无质量问题后，按照月供货量的60%据实结算，余40%在供货期限内无息付清。（2）每次支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.33%

5、（1）根据每月产品的实际供货量，在完成供货且验收合格无质量问题后，按照月供货量的60%据实结算，余40%在供货期限内无息付清。（2）每次支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.33%

6、（1）根据每月产品的实际供货量，在完成供货且验收合格无质量问题后，按照月供货量的60%据实结算，余40%在供货期限内无息付清。（2）每次支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.33%

7、（1）根据每月产品的实际供货量，在完成供货且验收合格无质量问题后，按照月供货量的60%据实结算，余40%在供货期限内无息付清。（2）每次支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.33%

8、（1）根据每月产品的实际供货量，在完成供货且验收合格无质量问题后，按照月供货量的60%据实结算，余40%在供货期限内无息付清。（2）每次支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.33%

9、（1）根据每月产品的实际供货量，在完成供货且验收合格无质量问题后，按照月供货量的60%据实结算，余40%在供货期限内无息付清。（2）每次支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.33%

10、（1）根据每月产品的实际供货量，在完成供货且验收合格无质量问题后，按照月供货量的60%据实结算，余40%在供货期限内无息付清。（2）每次支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.33%

11、（1）根据每月产品的实际供货量，在完成供货且验收合格无质量问题后，按照月供货量的60%据实结算，余40%在供货期限内无息付清。（2）每次支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致，达到付款条件起30日内，支

			<p>付合同总金额的8.33%</p> <p>12、（1）根据每月产品的实际供货量，在完成供货且验收合格无质量问题后，按照月供货量的60%据实结算，余40%在供货期限内无息付清。（2）每次支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.37%</p>
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8		其他	<p>1.质保期：货物验收合格之日起壹年，试剂类等耗材到院有效期需满足剩余效期不少于总效期三分之二。产品质保期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由投标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。</p> <p>2.本次采购耗材暂未列入内蒙古医保公共服务-药品和医用耗材招采管理系统（原内蒙古自治区药采中心集中采购），如投标人中标后，内蒙古医保公共服务-药品和医用耗材招采管理系统（原内蒙古自治区药采中心集中采购）更新，将本次采购耗材纳入系统，则本项目采购任务取消，已签订合同的，合同终止。</p> <p>3.本项目具体采购数量及金额以合同执行过程中的实际采购量及产生金额为准；以分项单价进行结算，采购人不承诺最低采购数量和采购总金额。</p>

9	其他	<p>一、供货质量要求</p> <p>1. 须保证医用耗材是已注册品牌制造商原装、全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家及招标文件中规定的有关质量标准的货物。产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡。所提供的产品应注明质量保证期，如在质保期内，产品发生质量问题，引发医患纠纷，投标人无条件赔偿由此造成采购人的全部经济损失，并承担相应法律责任。</p> <p>2. 所供应的产品必须提供产品质量证明、所供应产品必须是全新（原装）正品，包装完好，保存得当，其技术规格、标准必须符合采购人需求及要求的规格指标和国家计量检测标准。</p> <p>二、仓储、运输及配送：</p> <p>1.仓储：投标人须具有符合耗材要求的仓储条件。各产品按其说明书载明的储存方式储存。符合耗材管理质控要求。</p> <p>2.运输配送要求</p> <p>车辆具备耗材运输配送条件的要求。各产品按其说明书载明的运输方式配送。</p> <p>四、技术服务：提供产品使用说明与操作指导，配合完成采购人入库等相关事宜。</p> <p>三、售后服务要求</p> <p>1. 中标人所供耗材不符合采购要求或存在质量问题的，采购人有权拒绝接收。中标人应及时按采购人要求更换。</p> <p>2. 中标人所提供的产品应符合国家、行业、地方相关最新标准。</p> <p>3. 因产品质量问题，造成采购人设备或试剂等损失的，中标人必须赔偿因此而造成的采购人的损失。</p> <p>接到质量问题通知后须在采购人合理要求时限内处理，若存在质量瑕疵产品无偿退换货，全部费用由中标供应商承担。</p> <p>4.应急保障：临床急需耗材优先配送，保障诊疗使用；合同期内做好供货连续性保障。</p>
---	----	---

2.技术标准与要求

采购包1：合同包B（其他耗材类）

标的名称：3%过氧化氢消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.剂型 :液体。</p> <p>2.规格：500ml/瓶。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：白凡士林

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.杀灭微生物类别 :可杀灭细菌芽孢；</p> <p>2.适用范围 :主要用于医疗器械的浸泡消毒与灭菌；</p> <p>3.规格：400ml/瓶。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：次氯酸钠消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.有效氯含量：5%； 2.杀灭微生物类型：可杀灭细菌芽孢等病原微生物； 3.通过消毒液连接管吸入消毒液，用无菌蒸馏水经机器稀释成0.05-0.1%的次氯酸钠溶液，在常温条件下作用60分钟； 4.急性经口毒性实际无毒、一次完整皮肤刺激强度为0，无致突变性； 5.规格： 5L/桶；液体。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：醋酸白抑菌液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.抑制微生物种类：白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌。用于私处黏膜或皮肤。 2.规格：30ml/瓶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碘伏消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌。适用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒，粘膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用。 2.规格：60ml/瓶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碘伏消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌。适用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒，粘膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用。 2.规格：100ml/瓶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碘伏消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌。适用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒，粘膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用。 2.规格：500ml/瓶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多酶清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于各种软式及硬式内窥镜、外科用具、管道、橡胶、医用塑料、仪器、实验室器皿等各种医疗器械的清洗。 2.规格：1L/瓶。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：多酶去蛋白液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于离子选择性电极法原理检测系统。 2.规格：2.0ml*3支/盒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合醇消毒湿巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.无纺布、纯化水、复合双链季铵盐、乙醇。 2.本品主要有效成分为复合双链季铵盐和乙醇，季铵盐活性成分含量为1.85g/L±0.185g，乙醇含量为50%±5%(V/V)。 3.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见菌、鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯氏菌、MRSA 和分枝杆菌，并能灭活病毒。 4.规格：80片/包。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过氧乙酸消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.有效成分及含量：过氧乙酸含量：≥5%、过氧化氢量：20%-24%。 2.杀灭微生物类型：可杀灭细菌芽孢。 3.①水处理系统及血透室病房管道:通过消毒液连接管吸入本消毒液,用医疗用水稀释成含过氧乙酸0.3%的溶液②洗胃机；手工操作:消毒液应注满各管道,浸泡消毒③内镜：（1）内镜清洗消毒机（2）手工操作：消毒液应注满各管道，浸泡消毒。④其他医疗器械：手工操作：消毒液应注满各管道，浸泡消毒。 4.规格：5L/桶；液体。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：聚维酮碘粘膜冲洗消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.本品是以聚维酮碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为0.45%-0.55%（W/V），可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。适用于外科手、皮肤和黏膜消毒。黏膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用。 2.规格：60ml/瓶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抗菌洗手液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.以葡萄糖酸氯已定为主要有效成分的抗菌液，葡萄糖酸氯已定含量为±0.2%±0.02%(W/V)。另外含有表面活性剂、保湿剂等。 2.中性配方，性质温和，泡沫丰富、细腻，易于冲洗，强力去污，可有效清洁肌肤。 3.适用于日常手部皮肤的清洁、去污、杀菌及外科手术第一遍洗手。 4.规格：500ml/瓶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：卢戈氏碘液抑菌液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于阴道黏膜及外阴抑菌，实验染色。 2.规格：30ml/瓶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：络合氯医用器械消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.可用于各种医疗器械、内窥镜等的高水平消毒和灭菌使用方法待消毒、灭菌的器械。 2.规格：5L/桶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：免洗外科手消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。卫生手消毒：卫生机构门诊、病房、急诊室、重症监护室、血液透析室、内镜室等医护人员手消毒。适用于需要进行手卫生人员的手快速消毒。 2.外科手消毒:适用于医疗卫生机构手术室术前外科手消毒。 3.以乙醇为主要有效成分的消毒凝胶，乙醇含量 75% ±7.5%(V/V)。 4.规格：1000ml/瓶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消毒片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.可杀灭肠道致病菌和化脓性球菌、病毒。 2.适用于地面、墙壁、桌子、椅子等一般物体表面、瓜果蔬菜、紧急情况下小量饮用水的消毒。 3.有效氯含量 500±50mg/片。 4.规格：100片/瓶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：强效多酶清洗剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.中性蛋白水解酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶等多酶复合，作用温和。 2.快速方便，稀释液浸泡2分钟即可迅速分解污染物。 3.超浓缩、低泡易清洗。 4.无挥发有机物，不含磷酸盐可生物降解。 5.对各类精密仪器及医疗器械无任何腐蚀、老化作用。 6.对于生物膜有一定的去除作用。 使用范围：用于各种软式及硬式内窥镜、外科用具、管道、橡胶医用塑料、仪器、实验室器皿等各种医疗器械的清洗。 7.规格：2.5L/桶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：乳酸依沙吡啶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于皮肤表面的冲洗、清洁、杀菌。 2.规格：500ml/桶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：速干免洗手皮肤消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.含酒精成分，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见致病菌。适用于卫生手消毒、外科手消毒及完整皮肤消毒。 2.以乙醇和葡萄糖酸氯己定为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为 70%±7% (v/v) ，葡萄糖酸氯己定含量 为 0.5%±0.05% (w/v) 。 3.规格：500ml/瓶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性湿巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.擦拭、清理，含季铵盐活性成分； 2.规格：80片/包。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医疗器械专用消毒液(浓缩型)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.次氯酸钠，有效氯含量2.2%±0.2%(W/V)。 2.可用于各种医疗器械、内窥镜、透析机等的消毒、灭菌。 3.规格：5L/桶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：1%过氧化氢消毒湿巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.非织造布、纯化水、过氧化氢。 2.主要有效成分及含量：为无纺布浸润过氧化氢消毒液制成，其主要有效成分为过氧化氢，过氧化氢量为10g/L±1.5g/L[杀灭微生物类别]可灭活病毒，并可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院染常见细菌。 3.规格：100片/包。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：艾灸盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质为实木，包含艾条夹、观火孔、带钩橡皮条等。 2.规格：单孔。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：艾条

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.是将纯艾草经过晾晒后脱叶成艾叶.再经研磨成戎状后，添加药采粉末，再将其经过包装或卷纸（桑皮纸或纯棉纸）包裹加工成为各系列产品。 2.规格：长度120mm。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：艾条

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.是将纯艾草经过晾晒后脱叶成艾叶.再经研磨成戎状后，添加药采粉末，再将其经过包装或卷纸（桑皮纸或纯棉纸）包裹加工成为各系列产品。 2.规格：长度200mm。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：比利时痰培养瓶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.痰杯表面应光洁，不得有明显变形.擦痕.沙眼.穿孔.杂质.油污等缺陷。 2.痰杯的边缘应光滑平整.不应有毛刺和飞边；痰杯的壁厚应均匀。 3.痰杯尺寸应符合国家行业标准规定。 4.规格：30ml/只。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：病历夹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.病历夹的塑料板用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂制作而成。 2.夹持弹簧应镀铬.芯轴应镀锌。 3.规格：230*320*2.5mm/个。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：病人接口组件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.一种患者接口组件，包括:患者接口;导管;及位于导管的终端的连接器，所述连接器用于与对接连接器部件接合。 2.现有设备眼科飞秒激光手术设备。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：出诊箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.出诊箱配备必要的急救药品和设备设施，满足24小时应诊，能及时有效救治急诊病人及急危重症患者转诊。 2.规格：16寸/个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：出诊箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.出诊箱配备必要的急救药品和设备设施，满足24小时应诊，能及时有效救治急诊病人及急危重症患者转诊。 2.根据采购人需求定制。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：出诊箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.出诊箱配备必要的急救药品和设备设施，满足24小时应诊，能及时有效救治急诊病人及急危重症患者转诊。 2.规格：57cm*40cm*20cm/个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：出诊箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.出诊箱配备必要的急救药品和设备设施，满足24小时应诊，能及时有效救治急诊病人及急危重症患者转诊。 2.氧气瓶箱根据采购人需求定制。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：出诊箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.出诊箱配备必要的急救药品和设备设施，满足24小时应诊，能及时有效救治急诊病人及急危重症患者转诊。 2.心电图机箱根据采购人需求定制。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：除颤监护仪.电极片（多功能电极片）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.电极片/多功能电极片适配体外自动除颤器(AED).半自动除颤器或手动除颤器。 2.电极片/多功能电极片应贴附于患者的上半身。电极片/多功能电极片不是无菌的，仅适合在完好(未受损伤)的皮肤上一次性使用，用于在设备与患者之间传递能量或心电信号，与60除颤设备配合使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：担架车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.铝合金折叠，用于病人急救。 2.符合国家现行标准。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：皮肤前处理剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于降低电极表面与皮肤之间的接触阻抗,以测量稳定的脑电图与肌电图信号。与脑电图、肌电图检查用电极一起使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子血压计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.显示规格：LCD显示，分辨率：1mmHg。 2.袖带：22cm~42cm人群使用；配套充气管适配主机常规连接结构，满足整机充气、放气供气需求（不限制袖带、气管精确长宽、单条重量，满足适配整机、临床使用即可）。 3.量程：压力0mmHg~299mmHg（0kpa~39.9kpa），脉搏率：40次/分~180次/分。 4.测量精度：收缩压±3mmHg；舒张压：±3mmHg；脉搏率：精度为±5%。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：观片灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.阅片尺寸≥ 420*720mm。 2.含双联/单联，亚克力面板，光洁度高，出光柔和，铝合金边框，材质轻盈。 3.专业的滚珠式夹片方式，夹片牢固 取片灵活。 4.背部有挂孔，可以挂到墙上，也可以放置桌面使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：红外测温仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1. 测量范围：人体模式32.0℃~43.0℃。 2. 分辨率 ≤0.1℃。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：红外线治疗器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.红外线治疗器由红外灯头.防护罩.活动支臂.控制盒(电子定时器或机械定时器).立柱.脚架组成。对软组织损伤.慢性颈.肩.腰.腿痛等疾病的辅助治疗。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：加压袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.聚氨酯材质，透明。 2.加压输液袋的壁层加厚，结实耐用。 3.内侧挂钩，直接更换输液袋，无需拆下加压输液袋。 4.环状囊型结构，均匀挤压输液袋，确保液体流速的一致性。 5.有压力计。 6.加压过程中能够保持输液袋内液体压力的一致性。 7.快速进行充气。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：酒精棉签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品由浸润了70%~80%医用酒精的脱脂棉球缠绕在塑料棒上组成。 2.适用于注射.输液前对完整皮肤消毒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铅胶围领

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.铅当量:正面0.5mmpb,背面0.25mmpb。 2.内层防护层材质为微铅;外层纺织物具有防水，抗菌，易清洗和超强的抗腐蚀能力，能够100%抵抗消毒液，污染物不易附着，易擦洗;内层纺织物吸汗透气。 3.规格：成人：周长 550-600 mm，高度 50-60 mm，可调松紧。儿童：周长 400-500mm，高度 40-50mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抢救车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：不锈钢，配不锈钢抽屉，固定式不锈钢托盘。 2.规格：770mm ×420mm×900mm±10mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抢救车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.ASB医用工程塑料，车体主要有塑，铝，钢结构组成，配件：氧气瓶支架1个，复苏板1个，带盖垃圾桶1个，旋转托盘1个，伸缩输液架1个。 2.规格：750mm × 480mm × 930mm，双层。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：取血箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.外壳：医用 PP/ABS/ 碳纤维（抗冲击.耐高低温）； 2.内胆：食品级 PE/PP（无毒.易消毒）； 3.保温层：PU 发泡（30～50mm）/VIP 真空绝热板； 4.容积：10L/个，参考尺寸400mm×225mm×280mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：褥疮防治床垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由气垫，气泵，电源线组成，交替式充气。 2.外形尺寸：长度188cm±8cm，宽度83cm±5cm，高度8cm±1cm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三导心电图记录纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 热敏型.标准网格(1mm小格/5mm大格)； 2. 规格：80cm*20cm/卷。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：湿化杆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.湿化杆：表面湿化，聚酯纤维导水棒，无气泡，可重复使用，耐冲击.耐高。 2.与湿化瓶配套使用。 3.规格：3.5mm/个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：湿化瓶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.瓶体：医用PC（聚碳酸酯），透明.耐冲击.耐高温.耐消毒，可重复使用。 2.与湿化杆配套使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：湿化器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.最大容量：400ml； 2.最大流量：120L/min； 3.使用在呼吸机加湿器底座上； 4.消毒方式：湿热消毒 93℃以上≥5分钟； 5.具备连接接口。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：十二导心电图记录纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.热敏型.标准网格(1mm小格/5mm大格)。 2.走纸速度25m/s。 3.定标电压10m/mnV。 4.规格：210mm*300mm-200P/本。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：试管架(双层)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.PS材质； 2.规格：13*50孔/套。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手动轮椅车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.车轮着地性:除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地。 2.滑行偏移量≤350mm。 3.最小回转半径<850mm。 4.最小换向宽度≤1500mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：输液架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.带轮带拉手输液架。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：胎儿监护仪记录纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.胎儿监护仪打印纸。 2.全规格：根据采购人使用需求进行供货。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：探头清洁液

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1.成分：表面活性剂.NaCLO.NaOH； 2.用于定期清洗仪器管道； 3.规格：50ml/瓶。
---	--	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：体重秤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.最大秤重≥120kg； 2.最小称重≤5kg； 3.分度值0.5kg； 4.身長测量范围70-190cm； 5.身長分度值0.5cm； 6.自重≤15kg。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：无轨输液架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.立杆不锈钢材质 带轮带拉手； 2.配有气动装置 可以调节高度； 3.配挂钩4个； 4.四脚不锈钢底座； 5.规格： 1.7米/根。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：听诊器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.频响曲线：100-500Hz以测试声源为基准，衰减≤12dB。在500-1000Hz≤20dB。 2.弹簧片硬度：HR15N82.9-88.4。耳环弹力：两耳塞拉开140mm，弹力值1.372-1.960N 耳环弹性：两耳塞拉开300mm，1分钟后恢复，变形不大于10mm。 3.规格：插入式单用/个。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：脱脂棉球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.外观：棉球柔软而富有弹性的白色纤维制成，圆形.无臭.无味.无色斑.污点及异物，成形均匀。 2.棉球所采用的医用脱脂棉性能。符合YY/T0330-2015标准的规定（如有最新标准，按最新标准执行）。 3.规格：大号/包。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：污物车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：不锈钢材质； 2.规格：960mm×550mm×920mm/个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：心电图记录纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.热敏纸； 2.规格：112mm*27m/卷。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：心电图纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.心电图机打印纸； 2.规格：50mm*30m/卷。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：心电图纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.心电图机打印纸； 2.规格：63mm*30m/卷。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：心电图纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.心电图机打印纸。 2.规格：112mm*40mm/卷。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：心电图纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.心电图机打印纸。 2.规格：210mm*30mm/卷。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压缩空气式雾化器

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1.由主机.雾化装置.电源适配器组成; 2.输入电压:~100V-240V(-15%,+10%); 3.输入频率:50Hz/60Hz(±1Hz); 4.额定电压:~100V-240V; 5.额定频率:50Hz/60Hz; 6.输出电源:=12V, 1500mA; 7.输入功率:50VA3; 8.喷雾速率:≥0.2mL/min4; 9.药液残留量:≤1.0mL; 10.雾粒中位粒径:3.9μm±25% ; 11.气体流量:≥3.5L/min。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 氩气电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.低功率起弧; 2.具备自动识别, 即插即用功能; 3.电极末端气体压力自动保持恒定; 4.器械可以高温高压消毒重复使用, 最高灭菌温度138℃; 5.软性长度≥1m; 6.现有设备消化内镜电外科工作站; 7.所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行, 符合国家现行标准。供应商可依据现有设备, 充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用, 供应商须无偿更换、调试直至验收合格, 所有相关费用由供应商承担。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 厌氧产气袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.能提供用于繁育需要厌氧, 轻微需氧或二氧化碳细菌的环境。 2.能够提供整套的试剂和材料。包括厌氧产气袋.CO2产气袋.微需氧产气袋.厌氧发生指示条, 产气袋带封口条。 3. 厌氧产气袋能在1小时左右提供残余氧浓度低于1%, 和CO2浓度大约20%。 4. 微需氧产气袋能在1小时内提供残余浓度大约为10%和CO2浓度大约20%。 5.CO2产气袋能在1小时内提供CO2浓度（平均为3—6%）。 6.厌氧产气袋能容纳≥5×90mm平板。 7.具有厌氧环境指示条。 8.规格: 20个/盒。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 一次性使用隔离衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.用于医疗机构门诊.病房.检验室等作普通隔离。 2.反穿褂式，根据采购人使用需求提供具体尺寸。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用聚乙烯手套(薄膜手套)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用符合GB/T11115（如有最新标准，按最新标准执行）的低密度聚乙烯树脂制成，分为灭菌和非灭菌两种（男式）。 2.全规格：根据采购人使用需求进行供货。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用灭菌橡胶外科手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.无菌橡胶医用手套由天然乳胶制成，所用粉末隔离剂为可吸收性变性淀粉(麻面 无粉弯型)。 2.全规格：根据采购人使用需求进行供货。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用尿沉渣管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用硬质透明塑料加工而成，表面光洁透明，有12ml刻度线，底部乳头状突出。 2.适用于医院化验室作尿液化验使用。 3.规格：螺旋口12ml/支。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用塑料试管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于液体样本的离心，一次性塑料医用。 2.规格：13*78mm/支。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用塑料试管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于液体样本的离心，配盖，一次性塑料医用。 2.规格：16*75mm/支。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌敷料贴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.供手术.外伤创面或留置动.静脉导管贴敷用；也可用于婴儿脐带创面保护。 2.规格：双棉3.8*8cm/片。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用无菌敷贴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.供手术.外伤创面或留置动.静脉导管贴敷用；也可用于婴儿脐带创面保护。 2.非透明型7cm*4.2cm/片。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用吸管(大滴管)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于样本的吸取.转移，无菌，包装完好.无破损，灭菌。 2.规格：3ml/支。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用吸管(大滴管)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.吸管为半透明，表面应光洁，无明显变形.穿孔.沙眼.气泡.油污.杂质等缺陷。 2.吸管的管口面应平整.光滑.不许有毛刺.飞边等缺陷。 3.规格：1ml/支。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用医用棉签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.本产品由医用脱脂棉和竹棒组成，棉头表面洁净，无污渍.杂质。 2.规格：抛头20cm/支。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用医用橡胶检查手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用天然橡胶胶乳制成。按表面形式分为麻面.光面.有粉表面和无粉表面四种。 2.一次性使用医用检查手套经环氧乙烷灭菌，应无菌。 3.全规格：根据采购人使用需求进行供货。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性试管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.标本或试剂容器，普遍用于多个检验项目，一次性使用，软质，医用。 2.规格：12*75mm/支。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性试管(软)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.标本或试剂容器，普遍用于多个检验项目，一次性使用，软质，医用。 2.规格：12*100mm/支。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性输液瓶口贴

标的名称：一次性输液瓶口贴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.一次性输液瓶口贴参数：由医用PVC（或同等级医用覆膜）与隔离膜复合制成。 2.适用于多瓶液体调药后作隔离使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性痰杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于微生物检验呼吸道样本的采集，无菌，包装完好.无破损。 2. 规格：30ml/只。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性无菌帽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.薄膜粘合法非织布加工制成，对皮肤无刺激（弹簧帽）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性无菌帽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.薄膜粘合法非织布加工制成，对皮肤无刺激（圆顶帽）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用电子体温计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由ABS塑胶外壳.PCB电路板.金属感测头.LCD显示部分.按键.电池盖组成。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用隔离鞋套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。 2.非无菌提供，阻隔体液，血液飞溅，产品需防水防滑，聚乙烯非织造布。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用棉签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 本产品由医用脱脂棉和竹棒组成，棉头表面洁净，无污渍.杂质。 2. 8cm*50支/桶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用棉球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.本产品由医用脱脂棉加工而成。用于对皮肤，创面进行清洁处理。无菌。 2.规格：小号 50克/包。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用鞋套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.聚乙烯薄膜或非织造布热压而成。 2.规格：380mm*170mm/双。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用氧气袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.氧气袋是以复合面料.帆布经热合\粘合制成的氧气存储产品，主要气袋.通气管组成。 2.气袋材质：复合面料（pvc\TPU)或帆布（大号）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移动平车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：不锈钢材质。 尺寸：1940mm×600mm×760mm/个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：诊查床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：碳钢。 2.规格：通用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：指夹式脉搏血氧仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.对患者进行连续的无创监测脉搏率.脉搏血氧饱和度(SpO2)用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：治疗车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质: 治疗车采用ABS材质或不锈钢材质； 2.分上下两层，三面带护栏.上层带2个抽屉； 3.带静音、带万向轮； 4.尺寸：645mm*445mm*900mm±10mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中药液包装用复合膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.型号：普通卷/一等卷/优等卷； 2.重量： 8.5KG/9KG/9.5KG； 3.规格： 10cm； 4.厚度： 115-125um； 5.熔点： 120℃-170℃； 6.用于普通汤剂的包装； 7.采用PE/PET（原生料颗粒）塑料材质，水性油墨印刷，耐高温.无味.卫生健康； 8.特殊薄膜，抗压强度高，不易破损； 9.便携式密封包装，耐100℃以上高温，携带.加热方便； 10.锯齿形开口，轻松开袋，服用方便； 11.可适用50-250ml任意包装量； 12.可根据要求印制宣传文字.图案； 13.符合国家现行标准。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：紫外线消毒车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.双灯管，功率 60W(2*30W) 适用面积 $\leq 70\text{m}^2$ ； 2.灯管：双端无臭氧紫外线杀菌灯 灯管长度 $\leq 890\text{mm}$ ； 3.紫外线波长： $253.7\pm 2\text{nm}$ ； 4.紫外线灯管辐射强度:符合国家现行标准； 5.箱体材质： $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板； 6.采用双灯管结构，双开关，也可以单独使用； 7.灯臂：长度 92cm，可安装两根 30W 紫外线灯管，灯臂调节角度0-180 度，可360度全方位消毒，无光线死角。定时器可以在 0-60 分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭； 8.可自由移动，配备四个万向脚轮； 9.电源 $220\text{V}\pm 22\%$ $50\text{Hz}\pm 1\text{Hz}$ ； 10.电源线长度 ≥ 2 米。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用一次性防护服

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.外观：应干燥.清洁.无霉斑，表面不允许有粘连.裂缝.孔洞等缺陷；防护服连接部位采用针缝.粘合等加工方式；针缝的针眼应密封处理，线迹应均匀.平直，不得有跳针；粘合加工处理后的部位，应平整.密封，无气泡；装有拉链的防护服拉链不能外露，拉头应能自锁。 2.产品结构：防护服由连帽上衣.裤子组成；防护服的结构应合理.穿脱方便.结合部位严密；袖口.脚踝口采用弹性收口，帽子面部收口及腰部采用弹性收口.拉绳收口或搭扣。 3.无菌连身式，符合国家现行标准。 4.全规格：根据采购人使用需求进行供货。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：134压力蒸汽灭菌化学指示卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于医疗机构对134℃，作用4min的预真空压力蒸汽灭菌处理的检测； 2.指示卡在灭菌过程的湿热作用下发生化学反应并发生颜色变化； 3.指示卡属于四类指示物，判断灭菌物品中心是否达到所需温度和时间； 4.符合《GB/T 18282.1-2025》对四类指示物的要求(如有最新标准,按最新标准执行)； 5.要求产品为双面覆膜产品； 6.产品有效期不低于24个月； 7.规格：200片/盒。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：134压力蒸汽灭菌化学指示卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于医疗机构对134℃，作用4min的预真空压力蒸汽灭菌处理的检测； 2.指示卡在灭菌过程的湿热作用下发生化学反应并发生颜色变化； 3.指示卡属于四类指示物，判断灭菌物品中心是否达到所需温度和时间； 4.符合《GB/T 18282.1-2025》对四类指示物的要求(如有最新标准，按最新标准执行)； 5.要求产品为双面覆膜产品； 6.产品有效期不低于24个月； 7.保护剪刀类器械； 8.规格：200片/盒。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：134压力蒸汽灭菌化学指示卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.产品检验标准符合GB18282.1（如有最新标准，按最新标准执行）对压力蒸汽灭菌第四类化学指示物的要求，有相应的卫生安全评价报告； 2.产品应用于134℃，4min的压力蒸汽灭菌包内化学监测，符合WS310-2016对灭菌参数的要求； 3.产品所印刷指示油墨为无铅化学指示油墨； ▲4.产品为纸张类型的牙科手机保护套，可以保护牙科手机； 5.产品有效期应不低于18个月； 6.规格：200片/盒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：Ⅲ型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.符合《GB/T 18282.1-2025》（如有最新标准，按最新标准执行）的一类指示物； 2.采用合成纸，不吸附过氧化氢； 3.颜色由蓝色变为红色； 4.有效期不少于18个月； 5.规格：61mm*34mm/卷。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：B-D试验包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.具有B-D包产品GB18282(如有最新标准,按最新标准执行)要求变色条件的测试能力及相关检测仪器设备； 2.由B-D图、特殊性能透气纸、皱纹纸组成，设备内冷空气完全排除时，温度达到132℃-134℃，维持3.5-4min，指示物由黄色变为均匀的深褐色或黑色； 3.指示物为二类指示物，符合《GB/T 18282.1-2025》要求；（如有最新标准，按最新标准执行） 4.产品有效期不低于24个月。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：B型压力蒸汽灭菌化学指示标签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于121℃/134℃预真空压力蒸汽灭菌处理的检测； 2.指示卡在灭菌过程的湿热作用下发生化学反应并发生颜色变化； 3.产品有效期不低于24个月； 4.要求产品具有标签类产品粘性检测报告； 5.规格：61mm*34mm 900枚/卷。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：B型压力蒸汽灭菌化学指示标签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.适用于121℃/134℃预真空压力蒸汽灭菌处理的检测； 2.指示卡在灭菌过程的湿热作用下发生化学反应并发生颜色变化； 3.产品有效期不低于24个月； 4.要求产品具有标签类产品粘性检测报告； 5.规格：61mm*68mm 600枚/卷。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：B型压力蒸汽灭菌化学指示标签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品检验标准符合GB18282.1（如有最新标准，按最新标准执行）对于压力蒸汽一类化学指示物的检测要求； 2.产品用于指示物是否经过121℃-134℃的灭菌过程； 3.产品指示油墨为无铅配方，由绿色变为黑色，安全环保； ▲4.专门用于不锈钢材质灭菌，胶水可移除不残胶； 5.产品有效期不低于24个月； 6.规格：900片/卷。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：带盖消毒盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：采用不锈钢或耐高温树脂材料制成。可重复使用。 2.适用范围：存放手术器械等。 3.规格：300mm*200mm*50mm/个,无孔。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：方盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：采用医用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：存放手术器械、敷料等。 3.规格：400mm*300mm*33mm/个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：服药杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：采用医用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：供患者服药前存放药物用。 3.规格：40ml/个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：换药碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.产品性能结构及组成：采用不锈钢或耐高温树脂材料制成。可重复使用，具有良好的耐腐蚀性。 2.适用范围：患者换药时装药用。 3.规格：直径140mm/个。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：换药碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：采用不锈钢或耐高温树脂材料制成。可重复使用。 2.适用范围：患者换药时装药用。 3.规格：直径160mm/个。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：刻度量杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：容积1000ml/个。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：镊子筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：采用医用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：是放持物钳或者镊子。 3.规格：80mm*200mm/个，有盖 大号。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：镊子筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：采用医用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：是放持物钳或者镊子。 3.规格：64mm*150mm/个，有盖 中号。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：镊子筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：采用医用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：是放持物钳或者镊子。 3.规格：45mm*100mm/个，有盖 小号。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洗篮

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.采用304/316医用不锈钢材质，可按各种品牌型号的清洗、消毒、灭菌设备量身定做，用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、等离子灭菌。 2.网孔(透水透气孔)不大于2毫米，网孔数量保证清洗及灭菌效果，无毛刷。 3.质保:1年内免费维修。 4.医用不锈钢网篮网筐用于物品消毒灭菌，超声清洗、储藏使用等，特别是可将手术器械、诊疗器械放入器械托盘内一起清洗消毒灭菌。 5.全规格：根据采购人使用需求进行供货。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洗篮（带盖）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用304/316医用不锈钢材质，可按各种品牌型号的清洗、消毒、灭菌设备量身定做，用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、等离子灭菌。 2.网孔(透水透气孔)不大于2毫米，网孔数量保证清洗及灭菌效果，无毛刷。 3.质保:1年内免费维修。 4.医用不锈钢网篮网筐用于物品消毒灭菌，超声清洗、储藏使用等，特别是可将手术器械、诊疗器械放入器械托盘内一起清洗消毒灭菌。 5.全规格：根据采购人使用需求进行供货。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗涤盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：采用医用不锈钢材料制成，可重复使用。 2.规格：260mm*110mm/个。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：腰子盘（弯盘）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：采用不锈钢或耐高温树脂材料制成，可重复使用。 2.适用范围：操作中当污物盘，或者当无菌盘。 3.规格：205mm*130mm*25mm/个。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：腰子盘（弯盘）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：采用不锈钢或耐高温树脂材料制成，可重复使用。 2.适用范围：操作中当污物盘，或者当无菌盘。 3.规格：190mm*115mm*25mm/个。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：腰子盘（弯盘）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.产品性能结构及组成：采用不锈钢或耐高温树脂材料制成，可重复使用。 2.适用范围：操作中当污物盘，或者当无菌盘。 3.规格：175mm*105mm*25mm/个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：药杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：采用医用不锈钢材料制成，可重复使用。 2.适用范围：供患者服药前存放药物用。 3.规格：50mm*50mm/个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：药膏缸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：采用不锈钢或耐高温树脂材料制成，可重复使用。 2.适用范围：可放棉花，纱布，酒精棉球等。 3.规格：100mm*100mm/个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：低温等离子灭菌器专用过氧化氢灭菌剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.灭菌剂外观应无色透明液体，清澈透明，无浑浊及悬浮液。 2.过氧化氢含量:55%-60%。 3.杀灭微生物指标:可杀灭细菌芽孢。 4.规格:采用透气塑料瓶包装，100ml/瓶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：低温灭菌通用封包胶带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用合成纸，不吸附过氧化氢。 2.有效期不少于18个月。 3.剥离力≥1.6N/20mm。 4.规格：20mm*35m/卷。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碘伏缸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用不锈钢或耐高温树脂材料制成，可重复使用。 2.规格：10mm*10mm/个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电脑打印标签专用碳带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.规格：70mm*300m/盒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：丁字开口器保护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.医用硅胶，耐高温高压，可重复灭菌，带灭菌透气孔。 2.适配器械：丁字式开口器（常规13cm丁字开口器）。 3.外形：长条形套管，内部凹槽，一对/套，套住开口器两个工作臂。 4.防刺破灭菌袋、保护器械刃口；耐受134℃高压蒸汽灭菌。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防水隔离服

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.清洗处理流程中防止水和其它污物的渗漏，保护操作人员身体洁净。 2.液滴渗透时间≥20分钟。 3.型号，颜色多样，穿着舒适，便于区分。 4.后身具备加强透气设计。 5.全规格：根据采购人使用需求进行供货。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：封口测试纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.根据WS310.2-2016标准要求（如有最新标准，按最新标准执行），适用于每日检测封口机的闭合完整性，以及封口机安装检测，封口性能抽测、封口机大修后的测试等。 2.可检测封口机对适用于压力蒸汽、环氧乙烷灭菌包装材料的闭合性能，以及检测与包装材料封口温度、封口压力或封口速度参数的匹配性。 3.测试条为医用级透析纸材料，闭合完整性检测要求参照GB19633、ISO11607标准验证指引。 4.可检测封纹的宽度是否连续、封纹是否有漏孔、材料是否有分离、是否有狭缝或者开口等情况。 5.可检测出封口温度或封口压力的偏离。 6.可确保封口机在日常运行时维持良好工作状态。 7.规格：100片/盒-高温覆膜。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：封口测试纸（低温）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.用于每日对过氧化氢，过氧乙酸包装袋的封口机进行温度、压力、时间验证。 2.封口温度110℃-130℃。 3.采用塑料膜与测试纸集成。 4.具有封口温度、封口速度、检测日期、压力等区域。 5.规格：100片/盒。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过氧化氢低温等离子体化学指示卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.化学指示标签适用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的指示。 2.规格：200片/盒。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过氧化氢低温等离子体灭菌0.5小时生物指示剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果生物监测； 2.产品应符合GB18281.1和GB/T33417标准中芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性的相关要求（如有最新标准，按最新标准执行）； 3.产品应在灭菌后0.5h内出具生物监测结果； 4.有效期应≥18个月； 5.产品应为自含式； 6.产品应为密封式包装； 7.产品指示瓶盖应带有变色标签,并且灭菌前后颜色有明显差异,可显示是否经过灭菌。 8.规格：50支/盒。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.符合YY/T 0698、GB/T 19633、《消毒技术规范》和GB38598标准要求（如有最新标准，按最新标准执行）。 2.支持任意尺寸定制。 3.含有过氧化氢灭菌监测指示物，单个指示物面积≥100mm ² ，卷材上的印刷间隔距离小于155mm。 4.产品有效期不低于12个月。 5.规格：200mm×100m平面/卷。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.符合YY/T 0698、GB/T 19633和《消毒技术规范》标准要求(如有最新标准,按最新标准执行)。 2.支持任意尺寸定制。 3.含有过氧化氢灭菌监测指示物，单个指示物面积≥100mm ² ，卷材上的印刷间隔距离小于155mm。 4.塑料材质管芯，避免纸屑污染。 5.产品有效期≥12个月。 6.规格：150mm×100m平面/卷。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.可以粘贴；符合国家现行标准； 2.颜色由蓝色变为红色； 3.有效期不少于12个月； 4.不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr (VI))，多溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)等化学物质； 5.规格：100条/盒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品有效杀菌因子及其强度应为：过氧化氢 56%-60%； 2.产品pH值应为0.5-3.0； 3.产品在54℃14天测试情况下浓度下降率应≤2%； 4.产品有效期应≥12个月； 5.产品应为卡匣式设计，胶囊数量≥12； 6.产品内部单个胶囊净含量应为5.0ml ； 7.产品应自带导入方向标识，具有电子智能识别系统； 8.所投产品应与采购人现有设备（过氧化氢低温等离子体灭菌器）正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：加厚防水医用防护服

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于消毒供应中心医护人员污物清洗时的防护,防水透气,安全舒适； 2.可用消毒液对其进行消毒,重复使用； 3.全规格：根据采购人使用需求进行供货。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌包装材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块，用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求(如有最新标准,按最新标准执行),且能够完成所有项目自检。 4.塑料材质内芯。 5.每个规格的个体袋上都应表明尺寸。 6.规格：225mm*350m单袋/个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌包装材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块，用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求(如有最新标准,按最新标准执行),且能够完成所有项目自检。 4.塑料材质内芯，解决使用过程掉纸屑。 5.每个规格的个体袋上都应表明尺寸。 6.规格：200mm*200m平面/卷。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌包装材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块，用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求（如有最新标准，按最新标准执行）。 4.塑料材质内芯，解决使用过程掉纸屑。 5.每个规格的个体袋上都应表明尺寸。 6.规格：100mm*200m 平面/卷。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌包装材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块，用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求(如有最新标准,按最新标准执行),且能够完成所有项目自检 4.塑料材质内芯，解决使用过程掉纸屑。 5.每个规格的个体袋上都应表明尺寸。 6.规格：150mm*200m平面/卷。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌包装材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块，用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求(如有最新标准,按最新标准执行),且能够完成所有项目自检 4.塑料材质内芯，解决使用过程掉纸屑。 5.每个规格的个体袋上都应表明尺寸。 6.规格：300mm*200m 平面/卷。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌包装材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块,用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求(如有最新标准，按最新标准执行),且能够完成所有项目自检。 4.塑料材质内芯，解决使用过程掉纸屑。 5.每个规格的个体袋上都应表明尺寸。 6.规格：100mm*250m单袋/个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌包装材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块，用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求(如有最新标准,按最新标准执行),且能够完成所有项目自检。 4.塑料材质内芯，解决使用过程掉纸屑。 5.每个规格的个体袋上都应表明尺寸。 6.规格：125mm*250m单袋/个。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌包装材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块,用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求(如有最新标准,按最新标准执行),且能够完成所有项目自检。 4.塑料材质内芯，解决使用过程掉纸屑。 5.每个规格的个体袋上都应表明尺寸。 6.规格：55mm*200m 平面/卷。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：喷雾型器械润滑剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品应为医用水溶性润滑剂； 2.产品清澈透明、不分层、无悬浮物、无沉淀、无异味、无色； 3.用于检查打包时对医疗器械进行补充润滑防锈； 4.有效期至少为36个月； 5.对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀； 6.产品表面活性剂降解度应≥95%； 7.产品细菌菌落总数<10CFU/mL； 8.急性经口毒性为实际无毒、对皮肤无刺激、不引起皮肤变态反应； 9.规格：0.4L/瓶。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：器械除油剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.产品成分：脂肪酶、酶稳定剂和渗透剂的复合配方； 2.主要用于去除手术刀、手术钳、组织钳等新医疗器械表面油脂； 3.强效脂肪酶，高效分解油污； 4.超强渗透性，快速剥离、乳化油污； 5.低泡，易漂洗，对器械无腐蚀； 6.稀释比例≤1:30； 7.规格：2.5L/桶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：器械润滑保护剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.水溶性医用级矿物油成分； 2.用于各类手术器械的日常保养，润滑器械预防着色和生锈； 3.不含硅油、不含石蜡油、不分层、无粘性、不油腻、无毒害，完全水溶性，不影响各种消毒因子、灭菌因子的穿透； 4.能有效防止锈蚀、水垢的产生，延长器械使用寿命； 5.适用于手工清洗、自动清洗消毒机清洗，机洗1:50，手洗1：30； 6.规格：5L/桶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：器械整理三角架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用不锈钢材料制成，可重复使用。 2.适用范围：存放手术器械 3.全规格：根据采购人使用需求进行供货
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洗打包筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用不锈钢或耐高温树脂材料制成，可重复使用 2.规格：长度340mm，宽度450mm,高度70mm/个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洗效果检测系统检测卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于医用清洗机的清洗效果及运行状况的监测。 2.规格：2片/袋。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：柔软型医用吸水纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.吸水纸的克重和吸水性能要求：克重≥60g，超强速率＜1s擦拭表面液体瞬间吸收，吸水率＞600%。 2.吸水纸的尺寸要求：订做尺寸，全规格：根据采购人使用需求进行供货。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：舌钳保护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.医用舌钳、开口器、压舌板专用保护套 2.医用硅橡胶材质，耐高压湿热≥134℃ 3.圆孔 4.不适用于干热灭菌 5.全规格：根据采购人使用需求进行供货。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消毒盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：耐高温高性能聚合物分子材料制成 2.型号规格：单层、双层 3.适用范围：压力蒸汽灭菌，过氧化氢低温等离子灭菌和环氧乙烷灭菌 4.规格：260mm*160mm*23mm（大号）/个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消毒盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：耐高温高性能聚合物分子材料制成 2.型号规格：单层、双层 3.适用范围：压力蒸汽灭菌，过氧化氢低温等离子灭菌和环氧乙烷灭菌 4.规格：220mm*140mm*23mm（中号）/个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消毒盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：耐高温高性能聚合物分子材料制成 2.型号规格：单层、双层 3.适用范围：压力蒸汽灭菌，过氧化氢低温等离子灭菌和环氧乙烷灭菌 4.规格：160mm*90mm*22mm（小号）/个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消毒支架（大号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.产品性能结构及组成：采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：存放手术器械 3.规格：436mm*325mm*60mm/个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消毒支架（中号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：存放手术器械 3.规格：325mm*235mm*60mm/个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力蒸汽灭菌0.5小时生物挑战包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于压力蒸汽灭菌效果监测。配套指示剂符合GB18281.1和GB18281.3标准(如有最新标准,按最新标准执行)中芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性；配套指示剂符合ISO11138-8标准缩短培养时间方法的规定；生物包符合YY1402与模拟替代物的抗力对比要求；生物包符合WS/T10009标准(如有最新标准,按最新标准执行)中与模拟替代物的抗力对比要求。 2.▲有压力蒸汽灭菌0.5小时生物指示剂,自含式。每个生物包配有阳性对照生物指示剂。 3.包上具有可变色的药块。指示剂具有灭菌后可变色的标签。 4.产品有效期≥18个月。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力蒸汽灭菌0.5小时生物指示剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于压力蒸汽灭菌效果监测。符合GB18281.1与GB18281.3标准中芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性；符合ISO11138-8标准（如有最新标准，按最新标准执行）缩短培养时间方法的规定要求。 2.生物指示剂为自含式。 3.灭菌后0.5 h实现生物监测，阳性对照10min出结果。 4.具有灭菌后可变色的标签，其中变色药条与标签信息一体。 5.产品有效期≥18个月 6.瓶身带有定位卡槽 7.全密封式避光包装 8.规格：30支/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力蒸汽灭菌标准生物测试包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于压力蒸汽灭菌效果监测。配套生物指示剂符合GB18281.1和GB 18281.3（如有最新标准，按最新标准执行）芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性的要求；生物包符合YY/T1402（如有最新标准，按最新标准执行）标准中与模拟替代物的抗力对比要求。 2.内含一支压力蒸汽灭菌生物指示剂，自含式。每个生物包配有阳性对照生物指示剂。 3.48小时内可出具生物监测结果。 4.包上具有可变色的药块，指示剂具有灭菌后可变色的标签。 5.产品有效期 ≥18个月。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：压力蒸汽灭菌封包胶粘带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.压敏胶耐高温、不掉胶、粘贴牢固。 2.适用于高温压力蒸汽、环氧乙烷闭合式封包，打包。 3.规格：19mm*50m/卷

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：压力蒸汽灭菌化学测试包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品检验标准符合《GB/T 18282.1-2025》的要求（如有最新标准，按最新标准执行）。 2.产品应用于压力蒸汽灭菌的批量监测放行。 3.包内爬行卡背面粘贴有双面胶。 4.包内爬行卡所用药片不含铅，通过卡内黑色指示物爬行距离监测压力蒸汽灭菌效果。 5.有效期不低于24个月。 6.规格：1片/包。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：压力蒸汽灭菌化学指示标签

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于医疗机构的预真空、脉动真空或下排气式高压蒸汽灭菌器，用于指示物品是否经过121℃、20min；134℃、4min的灭菌过程； 2.标签表面指示油墨在饱和蒸汽的湿热作用下,达到设定温度与时间时发生化学变化并伴有颜色变化。 3.符合《GB/T 18282.1-2025》要求（如有最新标准，按最新标准执行） 4.有效期不低于12个月； 5.规格：美光纸 25mm*100mm/片

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品检验标准符合《GB/T 18282.1-2025》对压力蒸汽灭菌第五类化学指示物的要求，（如有最新标准，按最新标准执行） 2.产品应用于121℃-135℃压力蒸汽灭菌包内化学监测 3.产品所用药片不含铅，通过内部黑色指示物爬行距离监测压力蒸汽灭菌效果 4.产品有效期不低于24个月 5.规格：50mm × 22mm/片
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力蒸汽灭菌生物指示剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于压力蒸汽灭菌效果监测。符合GB18281.1和GB18281.3标准中的芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性要求（如有最新标准，按最新标准执行）； 2.生物指示剂为自含式； 3.48小时内可出具生物监测结果； 4.具有灭菌后可变色的标签； 5.产品有效期 ≥18个月； 6.规格：30支/盒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力蒸汽灭菌自含式生物指示剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于115℃压力蒸汽灭菌效果的监测
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压舌板保护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.医用舌钳、开口器、压舌板专用保护套，解决了在使用过程中的易滑。 2.医用硅橡胶材质，耐高压湿热≥270℃高温，柔软性、收缩性、韧性强、弹性强，使用调整位置的时候可以适当用力拉伸。 3.圆孔，气体流通性强，便于灭菌室灭菌介质的穿透。 4.操作简单、使用方便，材质安全可靠，无铅、铬、汞等重金属。 5.在清洗彻底，灭面合格的前提下，可以重复使用。 6.不适用于干热灭菌。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用手术洞巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.本产品由非织造布加工而成，适用于手术室或常规检查使用。 2.规格：60cm*60cm/张
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性无菌手术刀片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.▲规格含15#C型；结构及组成：一次性无菌手术刀片采用T10或适用于外科手术器械的40Cr13材料，根据尺寸不同分为若干规格，刀片表面粗糙度Ra≤0.4μm，切削刃面的表面粗糙度Ra≤0.8μm.经辐照灭菌，本品应无菌试用范围：产品安装于手术刀柄上，供临床手术切割软组织用。 2.全规格：根据采购人使用需求进行供货。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性医用孔巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.本产品由非织造布加工而成，适用于手术室或常规检查使用，灭菌。 2.规格：60cm*60cm/张
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医疗器械除锈剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品成分：温和弱酸和缓蚀剂的复合配方； 2.高效温和的酸性体系配方； 3.除锈快，无腐蚀； 4.含缓蚀组分，适用于手工清洗，手洗1：10。 5.规格：2.5L/桶；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医疗器械除锈湿巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.除锈湿巾尺寸：200mmx140mm/片 2.液体弱酸性，温和除锈，不损伤器械 3.规格：80片/桶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医疗器械黄斑清洗剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品由有机酸、无机酸、螯合剂、缓蚀剂、表面活性剂、水等组成； 2.有效期至少为2年。 3.规格：2.5L/桶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医疗器械锐器保护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.适用于医院妇科、口腔科、眼科、门诊、手术室等科室尖锐医疗器械的刃和尖以及腔镜器械的保护。 2.颜色可接受定制，耐高压湿热环境。 3.具有X光机影像保护提示功能。 4.适用于压力蒸汽高温、环氧乙烷低温等灭菌方式。 5.规格：内径2.4mm*直径4.6mm*长度35mm/个，根据采购人需求可定做。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医疗器械锐器保护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于医院妇科、口腔科、眼科、门诊、手术室等科室尖锐医疗器械的刃和尖以及腔镜器械的保护。 2.颜色以透明、黄色为主（颜色可接受定制），耐高压湿热环境。 3.具有X光机影像保护提示功能。 4.适用于压力蒸汽高温、环氧乙烷低温等灭菌方式。 5.适用于10cm-22cm的手术剪、止血钳、等手术器械。 6.带有化学指示油墨能起到灭菌监测的作用。 7.规格：内径4.5mm*直径7.2mm*长度35mm/个，根据采购人需求可定做。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医疗器械中性多酶清洗剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.溶液呈弱碱性，无毒、无腐蚀性。血液、污渍、粘液、脂肪、淀粉，即洗即除，本品可有效去除生物膜。 2.用于手术及检查的各种医疗器械及物品的清洗，包括：内窥镜及其附件、金属器械、非金属器械、导管、塑料、衣物等。 3.规格：1L/桶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用灭菌包装无纺布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.无纺布原材料和PP塑料粒子 2.医用灭菌包装无纺布五层结构 3.颜色可选；每平方米克重≥50g 4.医用灭菌包装无纺布不含有任何碳酸钙，植物纤维等。适用于压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌等多种灭菌方式。 5.医用灭菌包装无纺布完全符合GB/T19633标准要求（如有最新标准，按最新标准执行），且能够完成所有项目自检。 6.产品有效期不低于36个月 7.规格：1200mm*1200mm/张
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用灭菌包装无纺布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.无纺布原材料和PP塑料粒子。 2.医用灭菌包装无纺布为五层结构。 3.颜色可选；每平方米克重≥50g。 4.医用灭菌包装无纺布不含有任何碳酸钙，植物纤维等。适用于压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌等多种灭菌方式。 5.医用灭菌包装无纺布完全符合GB/T19633标准要求（如有最新标准，按最新标准执行），且能够完成所有项目自检。 6.产品有效期不低于36个月。 7.规格：1000mm*1000mm/ 张

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：医用灭菌包装无纺布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.无纺布原材料和PP塑料粒子。 2.医用灭菌包装无纺布为五层结构。 3.颜色可选；每平方米克重≥50g。 4.医用灭菌包装无纺布不含有任何碳酸钙，植物纤维等。适用于压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌等多种灭菌方式。 5.医用灭菌包装无纺布完全符合GB/T19633标准要求（如有最新标准，按最新标准执行），且能够完成所有项目自检。 6.产品有效期不低于36个月。 7.规格：800mm*800mm/张

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：医用灭菌包装无纺布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.无纺布原材料和PP塑料粒子。 2.医用灭菌包装无纺布为五层结构。 3.颜色可选；每平方米克重≥50g。 4.医用灭菌包装无纺布不含有任何碳酸钙，植物纤维等。适用于压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌等多种灭菌方式。 5.医用灭菌包装无纺布完全符合GB/T19633标准要求（如有最新标准，按最新标准执行），且能够完成所有项目自检。 6.产品有效期不低于36个月。 7.规格：500m*500mm/张

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：医用灭菌包装无纺布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.无纺布原材料和PP塑料粒子。 2.医用灭菌包装无纺布为五层结构。 3.颜色可选；每平方米克重≥50g。 4.医用灭菌包装无纺布不含有任何碳酸钙，植物纤维等。适用于压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌等多种灭菌方式。 5.医用灭菌包装无纺布完全符合GB/T19633标准要求（如有最新标准，按最新标准执行），且能够完成所有项目自检。 6.产品有效期不低于36个月。 7.规格：300mm*300mm/张
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用灭菌包装无纺布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.无纺布原材料和PP塑料粒子。 2.医用灭菌包装无纺布为五层结构。 3.颜色可选；每平方米克重≥50g。 4.医用灭菌包装无纺布不含有任何碳酸钙，植物纤维等。适用于压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌等多种灭菌方式。 5.医用灭菌包装无纺布完全符合GB/T19633标准要求（如有最新标准，按最新标准执行），且能够完成所有项目自检。 6.产品有效期不低于36个月。 7.规格：600mm*600mm/张
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用灭菌包装无纺布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.无纺布原材料和PP塑料粒子。 2.医用灭菌包装无纺布为五层结构。 3.颜色可选；每平方米克重≥50g。 4.医用灭菌包装无纺布不含有任何碳酸钙，植物纤维等。适用于压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌等多种灭菌方式。 5.医用灭菌包装无纺布完全符合GB/T19633标准要求（如有最新标准，按最新标准执行），且能够完成所有项目自检。 6.产品有效期不低于36个月。 7.规格：400mm*400mm/张
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：止血带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.管型止血带系采用天然乳胶精制而成，可重复使用。 2.表面应光滑平整；无针孔、流痕、粘连和斑点应有良好的弹性和牢固性 3.规格：5*7*40cm/根
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：治疗盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用不锈钢材料制成，可重复使用。 2.镜面抛光，无毛刺、易清洗、耐酸碱、耐高温消毒。 3.规格：四孔/个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自封型平口袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品厚度双面≥12丝 2.PE材质。密封性好，防潮防湿。良好的力学性能，冲击强度耐折性好。耐油、耐脂肪、耐稀酸、耐碱、耐大多数溶剂。气体和水蒸气渗透率低，有优良的阻气、水、油及异味性能。透明度高、可挡紫外线，光泽性好。无毒、无味、安全性好。 3.全规格：根据采购人使用需求进行供货。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：1.5ml微量离心管，无色

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.最高RCF14000 xg 2.刻度间隔0.1 mL 3.颜色透明；盖式样弹扣盖；聚丙烯 4.规格：500支/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：1000μl盒装吸头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.蓝色，1000ul滤芯盒装灭菌吸头 2.规格：96支/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：1000ul吸嘴，蓝色

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.灭菌，一次性的消耗品，用于任何分子生物学和基因学研究的应用，其在移液器和样品之间有效的形成保护结构，保证吸样和分样的安全性。 2.规格：1000支/包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：100ul 8联PCR管（盖）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.0.2ml8联排管&光学平盖，透明色 2.轻薄均匀PP材质 3.平盖适用于PCR仪 4.密封性好 5.低蒸发率、低吸附、高热传导性 6.规格：125条/盒，管/盖
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：200ul吸嘴，黄色

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.灭菌，一次性的消耗品，用于任何分子生物学和基因学研究的应用，其在移液器和样品之间有效的形成保护结构，保证吸样和分样的安全性。 2.规格：1000支/包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：15ml离心管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.透明度高，易于观察。承受-80~120℃。 2.规格：500个/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：15ml锥形离心管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.灭菌，管状式样容器，带密封盖或压盖 2.规格：25支/包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：1640营养液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于常规淋巴细胞等悬浮细胞的培养 2.规格：500ml/瓶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：18mm 即用型抗体贮存架(有机玻璃)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于实验室存储标准微型抗体管，有机玻璃材质 2.规格：18mm/个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：1μL硬接种环

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.经过校准，可用于半定量接种程序，如尿检细菌计数，取样，连续稀释和细菌接种； 2.1μL接种环维持精度±12.5%。 3.规格：1000支/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：1号反应杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.成分：由塑料组成 2.规格：1000支/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：因子VIII缺乏血浆测定试剂盒（凝固法）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用途： 主要是用于在IL凝血系统上， 2.主要组成成分： 含有缓冲液和稳定剂的冷冻干燥人血浆 3.适用仪器： ACL TOP 700, ACL TOP 700 CTS, ACL TOP 700 LAS, ACL TOP 750 , ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS. 4.规格：10*1ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：200ul袋装枪头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 2001吸嘴，黄色，带刻度，袋装 2. 规格：1000支/包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：反应杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.现有设备沃芬TOP系列凝血分析仪 2.所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 3.规格：2400个/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：2-羟基乙基-2-甲基-2-丙烯酸酯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.可用于药物递送的聚合物水凝胶。 2.规格：250mg/瓶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：60mm培养皿

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.灭菌，塑料，一次性，适合实验室接种、划线、分离细菌的操作 2.规格：500个/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抗心磷脂IgA抗体检测试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于体外半定量检测人血浆和血清中的抗心磷脂IgA抗体，包含校准品。 2.现有设备：全自动化学发光免疫分析仪（BIO-FLASH）。 3.所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 4.有效期≥12个月。 5.规格：50人份/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抗β2糖蛋白1Iga抗体检测试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于体外半定量检测人血浆和血清中的抗β2糖蛋白1Iga抗体。含检测试剂及校准品。 2.现有设备：全自动化学发光免疫分析仪（BIO-FLASH）。 3.所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 4.保存有效期≥12个月。 5.开瓶稳定期≥60天。 6.规格：50人份/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：A清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.曲拉通X-100：0.5-1.0g/L；对羟基苯甲酸甲酯钠：0.01-1.0g/L 2.规格：5L/桶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：B清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.吐温80：0.5-1.0 g/L； 2.对羟基苯甲酸甲酯钠：0.01-1.0 g/L； 3.氯化钠：4.5-11.5 g/L 4.规格：5L/桶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：酸性洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.乙氧基化-C12-14-仲醇类≥2.5-<10%，柠檬酸≥1-<10% 2.规格：2支*1.8L/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.现有设备sysmex系列血球分析仪及尿沉渣分析仪的清洗保养，以保证测量结果可靠，仪器运行正常。 2.所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。。 3.无色透明溶液，pH呈碱性 4.规格：50ml/瓶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：10μl加长滤芯盒装灭菌吸头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质:医用级聚丙烯(PP) 2.滤芯:疏水性聚乙烯滤芯，防气溶胶、防交叉污染无菌级别:灭菌(辐照灭菌)，无酶(DNase/RNase-free)、无热原 3.温度耐受:-80℃~121℃，可高压灭菌内壁处理,光滑低残留，残留量< 0.5% 4.规格：96支/盒,无色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：试剂空盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.现有设备生化仪器cobas c开放通道的pack MULT试剂空盒。 2.所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 3.规格：1 pc/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.现有设备清洗Cobas C501/C502。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 2.规格：12个x59mL/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：CRP清洁液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.成分：表面活性剂（0.5%）三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.5%）对测量通道和管路进行浸泡和冲洗，清除血液蛋白。 2.规格：500ml*4/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：EBM系统特指电子生物微孔板-微流道分析系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.成分:主要为磷酸盐，氯化钠，含有防腐剂。用于检测过程中，试剂针吸取不同项目时的清洗。 2.规格：100ml/瓶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：ECO-D清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.现有设备全自动生化分析仪Cobas C501/C502清洗，作为表面活性剂以减少泡沫形成。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 2.规格：96ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：FITC偶联的小鼠抗人CD59单克隆抗体

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.PBS， pH7.2， 0.09% NaN3 and 0.2% (w/v) BSA 2.规格：100检测人份/支
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：羊抗人IgA

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.山羊抗人IgA抗体F(ab')2片段-FITC标记 2.多克隆抗体，磷酸盐缓冲生理盐水，含 < 0.1% 叠氮化钠。 3.规格：1ml/瓶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：羊抗人IgG

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.特异性：与人IgG的重链反应 2.山羊抗人IgG的胃蛋白酶酶切消化物 3.交叉吸附处理：(该抗体已通过)人IgM和人IgA交叉吸附； 4.规格：1ml/瓶

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：羊抗人IgM

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.与人IgM的重链反应 2.山羊抗人IgM的胃蛋白酶酶切消化物(该抗体已通过)人IgG和人IgA交叉吸附 3.规格：1ml/瓶

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：尿液分析仪清洗液(浓缩型)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主要成分：99%低泡表面活性剂 2.规格：200ml/瓶

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：兔抗人 Kappa-FITC+Lambda-RPE 多克隆抗体双色检测试剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.物理性状:液体, 2.蛋白浓度:8mg/ml 3.缓冲液:0.01M PBS PH7.4 4.规格：0.5ml/瓶

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：碱性洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.碱性洗液的配制方法为10%氢氧化钠水溶液。这种洗液主要用于清洗油污及某些有机物。适用于现有设备罗氏生化分析仪NaOH-D。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备,充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用,供应商须无偿更换、调试直至验收合格,所有相关费用由供应商承担。 2.规格：102ml/盒

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：NaOH-D(氢氧化钠)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主要成份为NaOH溶液 2.主要用于试剂针清洗和反应杯清洗 3.规格：66ml/瓶

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：PCR八连排管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1. 0.2ml8联排管&光学平盖，透明色 2.轻薄均匀PP材质，PCR实验优质材料 3.现有设备PCR仪。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 4.密封性好 5.低蒸发率、低吸附、高热传导性 6.规格：0.2ml 8联排管（含盖）/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：PE偶联的小鼠抗人CD55单克隆抗体

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.PBS，1%BSA，5%Sucrose 2.规格：100检测人份/支
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：pH电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.现有设备AFT-800电解质分析仪电极pH电极。 2.所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 3.规格：pH电极/只
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：免疫组化载玻片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.免疫组化载玻片主要用于病理组织切片铺展染色，主要材料为玻璃片。 2.规格：100pc/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：Ref电极

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.现有设备AFT-800电解质分析仪Ref电极。 2.所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：反应杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.由塑料组成。作为化学发光反应的反应容器。 2.规格：16盒*98个/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：样本针清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.乙氧基化-C12-14-仲醇类≥2.5-<10%，柠檬酸≥1-<10% 2.规格：12个*20ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多用洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主要成份为NaOH溶液1mol/L，缓冲液；去污剂 2.主要用于样本针清洗 3.适现有设备全自动生化分析仪cobas c 501/cobas c 701。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 4.规格：12个*59ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：酸性洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主要成份为HCl 2.主要用于试剂针清洗和反应杯清洗 3.规格：50ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：酸性洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主要成份为HCl 2.主要用于试剂针清洗和反应杯清洗 3.规格：119ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.现有设备贝克曼特定蛋白仪，所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 2.规格：20盖子10试剂桶/盒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：白细胞分化抗原 检测试剂盒（流式细胞仪法）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于流式细胞术同时鉴定CD3*细胞和CD4*辅助/诱导剂，以及CD8*抑制/细胞毒性T细胞亚群。 2.配色：CD4-FITC/CD8-PE/CD3-PC5。 3.规格：50test/瓶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：白细胞分化抗原检测试剂盒（流式细胞法）Anti-Myelo peroxydase-FITC

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于流式细胞术同时鉴定CD3*细胞和CD4*辅助/诱导剂，以及CD8*抑制/细胞毒性T细胞亚群。 2.规格：100测试/瓶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主要成分：PVC底板、硝酸纤维素膜、玻璃纤维素膜、血红蛋白抗体。 2.外观与性状：外壳应平整，上下盖应均匀合拢，无明显间隙，内检测条在外壳内附着牢固； 3.用于体外定性检测人粪便样本中的血红蛋白，适用于沃文特便常规仪。 4.有效期：12个月。 5.规格：100人份/盒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冰冻切片机一次性刀片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用所有冰冻组织切片使用。 2.适用所有组织包含硬组织以及致密组织切片。现有设备RM2235切片机、RM2245切片机。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 3.规格：50片/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：玻璃量杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格Φ5，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 2.规格：1000ml/个。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：玻璃血沉管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.根据钳头形状可分为直头、弯头，其中弯头精细电凝钳广受好评。 2.规格：300mm/支
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：采样针清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于自动进样盘的电解质分析仪 2.规格：10支/盒，每支5ml
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：常规切片机一次性刀片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于活检组织，乳腺组织，以及肾脏病理超薄切片制片使用。现有设备RM2235切片机、RM2245切片机。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 2.规格：50片/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：超级免疫组化油笔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.可耐120℃高温
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冲洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主要成分：表面活性剂、防腐剂 2.现有设备沃芬全自动凝血分析仪的系统清洗、维护。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 3.规格：3*4000ml/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冲洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主要成分:含三羟甲基氨基甲烷,氯化钠,吐温-20,防腐剂。适用全自动便常规分析仪的系统清洗 2.规格：5L/桶

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：冲洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主要成分：稳定的硅油乳液、表面活性剂和0.1%叠氮化钠 2.适用于全自动凝血分析仪的系统清洗、维护 3.规格：4L/桶

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：初始稀释管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由塑料管组成，一次性使用，作为免疫荧光分析仪使用的配套容器。 2.规格：960t/盒

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：除热原稀释管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品用途：细菌内毒素检测用器具 2.产品成分：高硼硅玻璃试管 3.规格：10支/盒 / 15X100mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：带滤芯枪头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.带滤芯，短吸头，聚丙烯。不挂壁。无菌无酶。 2.规格：1-10ul 96T/盒

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：带滤芯吸头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.带滤芯，短吸头，聚丙烯。不挂壁。无菌无酶。 1.规格：1-200ul/盒

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：单孔反应杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主要组成成分:聚丙烯(PP 塑料) 2.现有新产业全自动化学发光免疫分析仪，所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 3.规格：546个/盒

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电极调理液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.本试剂适用于离子选择性电极法原检系统 2.规格：0.8ml*5支
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：动态浊度法鲎试剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于细菌内毒素检查 2.规格：25ml/ 支 (10-0.03EU/ml) / 10支/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冻存管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.81孔外旋冻存管，可立，射线灭菌，可加彩色旋盖插片 2.适用于81孔冻存管 3.规格：50个/包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多用洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主要成份为NaOH溶液1mol/L，缓冲液；去污剂 2.主要用于样本针清洗 3.现有设备全自动生化分析仪cobas c 501/cobas c 701，所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 4.规格：12个*59ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二甲基亚砜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.细胞和组织的生物保存试剂 2.规格：100ml/瓶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：反应杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由塑料组成。作为化学发光反应的反应容器。 2.规格：1000个×10包/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：反应杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由塑料组成，一次性使用，现有设备亚辉龙iFlash3000-C 化学发光测定仪。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：反应杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.现有设备日立7020生化仪反应杯。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 2.规格：6片/套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：分析吸头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于化学发光仪检测过程中的一次性试剂和样本加样器，由塑料组成。 2.一次性分析吸头，200uL 3.用于全自动化学发光分析仪的反应容器 4.规格：120个×30盒/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：分析吸头（分析杯）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于化学发光仪检测过程中一次性试剂和样本反应容器，由塑料组成。 2.规格：8包×6层×84个/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：盖玻片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.成分：二氧化硅，单个铝箔包装 2.规格：24mm×50mm/片，20片/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：盖玻片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.成分：二氧化硅，单个铝箔包装 2.规格：22mm*22mm/片，20片/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：革兰氏染色液（快速法）-碘溶液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于细菌或真菌的涂片染色。主要组成成分：碘溶液：碘、碘化钾。 2.规格：4个*250ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：革兰氏染色液（快速法）-龙胆紫液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于细菌或真菌的涂片染色。主要组成成分：龙胆紫液：龙胆紫、乙醇。 2.规格：4个*250ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：革兰氏染色液（快速法）-沙皇溶液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于细菌或真菌的涂片染色。主要组成成分：沙黄溶液：品红、沙黄、乙醇。 2.规格：4个*250ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：革兰氏染色液（快速法）-脱色液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于细菌或真菌的涂片染色。主要组成成分：脱色液：丙酮、乙醇。 2.规格：4个*250ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过氧化氢低温等离子体灭菌自含式生物指示剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.形式:自含式(一体化)，内置菌片、培养基、显色系统菌片载体:玻璃纤维/滤纸，不吸附过氧化氢外壳:硬质塑料;透气盖(Tyvek膜)，允许H:O:渗透、防污染培养基:密封玻璃安瓿(内含大豆酪蛋白消化液+显色剂)菌种:嗜热脂肪地芽孢杆菌ATCC7953，芽孢含量:1.7X10 cfu/unit,D值(最大可能数法):1～8s,存活时间：≥10S，杀灭时间:100s。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碱性清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.表面活性剂，适用于全自动生化分析仪的清洗。 2.规格：1.8L/桶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碱性清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.表面活性剂，适用于化学发光系统的清洗。 2.规格：1L/瓶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碱性清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.表面活性剂，适用于全自动生化分析仪的清洗。 2.规格：250ml/瓶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抗酸染色液(冷染法)-石炭酸复红溶液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于分枝杆菌、诺卡菌等抗酸杆菌制片染色。主要组成成分石碳酸复红溶液：碱性品红、苯酚； 2.规格：4*250ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抗酸染色液(冷染法)-酸性酒精溶液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于分枝杆菌、诺卡菌等抗酸杆菌制片染色。主要组成成分抗酸脱色液：乙醇、盐酸 2.规格：4*250ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抗酸染色液(冷染法)亚甲基蓝溶液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于分枝杆菌、诺卡菌等抗酸杆菌制片染色。主要组成成分亚甲基蓝溶液：亚甲蓝。 2.规格：4*250ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：刻度离心管（带盖）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.离心管呈无色透明或半透明状，内外表面应光洁，不应有毛刺、飞边、穿孔、裂痕、杂质、气泡及明显变形等缺陷存在；刻度线、字样应清晰、完整，刻度值应准确，容量误差在±5%之内。 2.规格：50ml/支
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：刻度离心管（带盖）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.离心管呈无色透明或半透明状，内外表面应光洁，不应有毛刺、飞边、穿孔、裂痕、杂质、气泡及明显变形等缺陷存在；刻度线、字样应清晰、完整，刻度值应准确，容量误差在±5%之内。 2.规格：1.5ml/支
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：离心管（带盖）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.离心管呈无色透明或半透明状，内外表面应光洁，不应有毛刺、飞边、穿孔、裂痕、杂质、气泡及明显变形等缺陷存在；刻度线、字样应清晰、完整，刻度值应准确，容量误差在±5%之内。 2.规格：50ml/个
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：流式上样管（5mL聚苯乙烯圆底管）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 5mL聚苯乙烯圆形管 2. 规格:125支*8包/箱
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：免疫显色试剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用科室：检验科、病理科、免疫实验室； 2.用途：在免疫组化反应或原位杂交反应中与首要抗原抗体结合，通过染色，将靶点进行标记； 3.主要组成成分：羊抗鼠IgG/FITC标记抗体试剂(浓缩液) 4.规格：0.2mL/支
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：免疫组化载玻片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.免疫组化载玻片主要用于病理组织切片铺展染色，主要材料为玻璃片。 2.规格：100个/盒
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磨砂载玻片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.全透明玻片；透光性较好； 2.规格：50片/盒，7105
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：尿比重计

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1.测量范围:1.000-1.060g/cm2 2.分辨率:≤0.001g/cm2 3.精度:≤0.001g/cm2 4.具有温度补偿功能 5.样本用量≤0.1mL 6.校准方式:蒸馏水校准 7.防水等级≥IP659 8.规格：大号（30 cm）/个
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：浓缩清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.本品由Tris、次氯酸钠、分析用实验室用水。产品为无色或微黄色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。pH值：（25±1℃）的pH≥10.0 2.规格：10×10ml/盒
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：普通载玻片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.全透明玻片；透光性较好；一端是表面磨砂的玻片 2.规格：50片/盒 25.4mmx76.2mm/片 7101病理级载玻片
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：切片石蜡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.专门用于包埋组织样本的蜡。 2.规格：56-62熔点石蜡
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 2.清洗液含 38%的氨丁三醇。 3.现有设备清洁 HYDRASYS 着色舱。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 4.规格：10瓶/盒
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洗液A（盐酸）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主要成分：100mmol/L盐酸，现有设备沃芬凝血分析仪。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 2.规格：500ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洗液B（次氯酸钠）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主要成分：5%次氯酸钠；现有设备沃芬凝血分析仪。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 2.规格：80ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.现有设备全自动化学发光免疫分析仪CL-6000i设备中血液与试剂反应的容器。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 2.规格：5000个/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.现有设备于全自动化学发光免疫分析仪CL-2000i设备中血液与试剂反应的容器。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 2.规格：126个x24盒/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动生化分析仪用清洗剂 碱性清洗剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于全自动生化分析仪用清洗剂，水溶液混合物，氢氧化钠浓度<5%，非离子表面活性剂浓度1% 2.规格：2L/桶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动生化分析仪用清洗剂 抗菌无磷清洗剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于全自动生化分析仪用清洗剂，水溶液混合物，三嗪化合物浓度10%-25%，表面活性剂浓度5%，乙醇胺浓度5%，氢氧化钠浓度<1% 2.规格：500ml/桶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动特定蛋白分析仪清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于全自动特定蛋白分析仪标本检测后管路清洗 2.规格：4L/桶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：人ab血清

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于细胞培养。 2.规格：100ml/瓶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：人MPN相关基因联合检测试剂盒（荧光PCR法）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		检测反应液种类，检测的相关基因，检测区段 1.JAK2-V617F 反应液；检测 JAK2 基因 外显子 14； 2.CALR TYPE1 反应液；检测 CALR基因 外显子 9； 3.CALR TYPE2 反应液；检测 CALR 基因 K385fs*47； 4.MPL-W515 反应液；检测MPL 基因 W515K\A\L\R1\R2\S； 5.MPL-S505N 反应液；检测 MPL 基因 S505N； 6.JAK2-K539L 反应液；检测JAK2 基因 K539L1\L2； 7.JAK2 e12 del 反应液；检测JAK2 基因 N542_E543del、E543_D544del 12； 8.CALR TYPE3/4 反应液；检测CALR 基因 CALR L367Qfs*48 / K368Rfs*51； 9.规格：12测试/盒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：瑞氏-姬姆萨染色液A液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.成分：瑞氏染料、姬姆萨染料 2.规格：4个*250ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：瑞氏-姬姆萨染色液B液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.成分：磷酸盐缓冲液， pH值为6.8 2.规格：4个*250ml/盒

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：生化分析系统清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.含有氢氧化钠1-2%及碳酸。 2.含有C14-17仲烷基以及钠盐1-5% 3.适用于全自动生化分析仪的系统清洗。 4.规格：2L/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：生化分析仪记录纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.医用记录纸，根据采购人使用需求进行供货。 2.规格：50mm*20m/卷
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手动单道可调式移液器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.可整支高温高压灭菌，具备抗紫外线和使用耐久性。可提供在线校准。 2.规格：0.1~10000ul /把
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手动单道可调式移液器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护。 2.规格：0.1~10000ul/把
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：酸性清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.含有1当量的盐酸成分。 2.适用于全自动生化分析仪的周保养对机器系统的清洗 3.现有设备贝克曼库尔特/奥林巴斯全自动生化分析仪。供仪器清洗保养用。 。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 4.规格：2L/桶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：酸性清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.含有1当量的盐酸成分。</p> <p>2.适用于全自动生化分析仪的周保养对机器系统的清洗。</p> <p>3.现有设备贝克曼库尔特/奥林巴斯全自动生化分析仪。供仪器清洗保养用。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。</p> <p>4.规格：250ml/瓶</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：糖原染色液（PAS）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.用于骨髓细胞和血液细胞的组织细胞学染色。</p> <p>2.型号：甲基绿复染法</p> <p>（1）固定剂:甲醛</p> <p>（2）高碘酸溶液:高碘酸</p> <p>（3）(Schiff)试剂:品红主要组成成分</p> <p>（4）甲基绿溶液:甲基绿</p> <p>3.型号：苏木素复染法</p> <p>（1）固定剂:甲醛</p> <p>（2）高碘酸溶液:高碘酸</p> <p>（3）(Schiff)试剂:品红</p> <p>（4）苏木素溶液:苏木精</p> <p>4.规格：20测试/盒</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脱钙液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>用于骨组织或钙化组织的脱钙。</p> <p>1.硝酸脱钙液：由硝酸、去离子水组成；</p> <p>2.盐酸脱钙液：由盐酸、去离子水组成；</p> <p>3.EDTA 脱钙液：由 EDTA-2Na、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、甲醛溶液、去离子水组成；</p> <p>4.复合脱钙液: 由甲酸、盐酸、乙酸、甲醛溶液、无水乙醇、去离子水组成</p> <p>5.规格：500毫升/ 瓶</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脱色液（清洗液）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 2.清洗液含 50%柠檬酸。 3.用于去除胶片上的多余颜料和背景颜色。 4.规格：10瓶/盒
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：微量移液器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.量程范围（0.1-10000ul）。具有化学防腐性，可以高温高压灭菌。 2.规格：20套/盒
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无热原试管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.LPS（细菌内毒素）含量，<0.01EU/ml满足 2.规格：10X75mm / 50支/盒
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无热原西林瓶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.细菌内毒素检测用具 2.产品成分：低硼硅玻璃西林瓶 3.规格： 10支/盒 10ml/支
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无热原吸头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.细菌内毒素<0.005EU/ml，（LPS）含量β-G含量<10pg/ml， <10pg/ml 2.规格：1000支/包 250ul/支
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无热原吸头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.细菌内毒素<0.005EU/ml， <0.003EU/ml，（LPS）含量β-G含量<10pg/ml， <10pg/ml 2.规格：1000ul/支 480支/包
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吸头（黄）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于（0.5-200UL）移液器使用
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吸嘴，无色

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由头部、杆部和柄部组成。可重复使用。 2.规格：1000支/包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：系统清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.成分：主要为强碱性溶液，含有氢氧化钠。 2.规格：10ml*12 /盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：细菌内毒素工作标准品

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于细菌内毒素检查 2.规格：10支/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：细菌内毒素检查反应板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于细菌内毒素检查 2.规格：96孔/个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：细菌内毒素检查用水

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用途： 用于细菌内毒素检查中鲎试剂及内毒素标准品的复溶，内毒素标准品溶液、供试品溶液以及阴性对照溶液的制备。 2.成分： 灭菌无热原纯水 3.规格：6瓶/盒 50ml/瓶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：血流变清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于全自动血流变测试仪、全自动血沉压积测试仪。 2.规格：5L/瓶 白色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：血凝杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.测试用样品杯，现有设备沃芬ACL系列全自动凝血分析仪。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 2.规格：1000只/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：血细胞分析用清洁液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用于全自动血液分析仪关机前清洗，含次氯酸钠 2.规格：4mL×6瓶/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：血液基因组DNA提取试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.分别检测试剂盒中各溶液的密度、电导率、pH 值，应符合产品理化性质标准。 2.使用大鼠抗凝血 200μl，与标准试剂盒同时提取基因组DNA。OD260/280=1.7-1.9，提取得率大于 3μg，琼脂糖凝胶电泳检测，所提取基因组 DNA 条带清晰，无异常。 3.规格：50样本/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：样本采集管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.现有设备沃文特全自动粪便分析仪，粪便样本采集，可直接上机使用。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行，符合国家现行标准。供应商可依据现有设备，充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用，供应商须无偿更换、调试直至验收合格，所有相关费用由供应商承担。 2.盖子为螺纹拧盖，采集管盖和管底均有硅胶塞密封，闭盖穿刺后，无样液漏出。 3.符合实验室生物安全需求。 4.材质：滤网：不锈钢；胶塞：橡胶；管体管盖：工程塑料；圆形直径2.2CM 高9CM 5.规格：400支/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：样本针清洗液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.氢氧化钠≥3%-5% 2.规格：12x20ml/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：样品杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.杯口直径:16mm±1mm，检验专用章杯底直径:12mm±1mm，杯高:37mm±2mm 2.规格：1000只/袋
---	--	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：样品测试管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由高精密模具注塑成型，产品平整光洁透明，具有良好的化学兼容性。 2.规格；20ul/支

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：液体石蜡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.液体石蜡是从原油分馏所得到的无色无味的混合物 2.规格：450ml/瓶

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性量杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质医用级聚丙烯(PP);无毒无味、无荧光剂。 2.一体成型，防滑把手。 3.规格:1000ml/个。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用标本杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.pvc塑料材质，用于临床检验， 2.规格：40ml/个 尿杯

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用标本杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于微生物检验呼吸道样本的采集，无菌，包装完好、无破损。 2.规格：30ml/只，痰盒。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性使用采样杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于临采样 2.规格：30ml/个

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性吸管(一次性吸管)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.成分：聚丙烯，规格型号：3ml，一体成型，带刻度。 2.规格： 12盒/箱 500支/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性吸头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主要组成成分:聚丙烯(PP 塑料)。 2.预期用途:用于转移检测过程中的样品。 3.规格：20ul×192个/箱。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性悬浮液管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.配套全自动梅里埃微生物鉴定及药敏分析系统使用； 2.用于盛放样本稀释液,对待测样本进行稀释,以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测； 3.透明、无色聚苯乙烯材质，保证检测数字精度； 4.直径 12mm，高度 75mm。 5.规格：2000个/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：载玻片（病理级）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.白色油漆面，显微镜载玻片。 2.规格：25mm×75mm/片 20片/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：粘附载玻片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于免疫组织化学的研究实验。 2.规格：600片/12盒/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：粘附载玻片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用于免疫组织化学的研究实验。 2.规格：600片/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：整装反应杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.由塑料组成。作为化学发光反应的反应容器。现有设备化学发光分析仪C200。所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行,符合国家现行标准。供应商可依据现有设备,充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用,供应商须无偿更换、调试直至验收合格,所有相关费用由供应商承担。 2.规格：96个*5盘*4包/盒
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：整装吸头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.现有Wan200+机器的枪头；所投产品应与采购人现有设备正常装配、稳定运行,符合国家现行标准。供应商可依据现有设备,充分评估兼容性。若中标产品现场装配后无法正常使用,供应商须无偿更换、调试直至验收合格,所有相关费用由供应商承担。 2.规格要求:容量1000μL/个;
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：总RNA提取试剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.溶液外观性状 试剂盒中 GB 为无色至黄色透明溶液，其他各溶液均为无色透明溶液。 合格 2.溶液理化性质 分别检测试剂盒中各溶液的密度、电导率、pH 值，应符合产品理化性质标准。 3.应用实验检测使用大鼠抗凝血 200μl，与标准试剂盒同时提取基因组RNA。 4. OD260/280=1.7-1.9,提取得率>3μg,琼脂糖凝胶电泳检测,所提取基因组RNA条带清晰,无异常 5.规格：100ml/盒
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组织包埋盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.包埋盒，适用于组织脱水包埋
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组织学专用石蜡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.熔点范围58-62℃
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：凹凸齿止血夹

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		<p>1.头部为直形或弯形，尾部为带锁止牙指圈，穿腮后用铆钉连接固定。由不锈钢材料制成，可重复使用。止血夹闭合时，唇头齿应吻合，止血夹开闭应灵活，弹簧处不应有卡塞现象。</p> <p>2.用于心胸外科手术中，分离组织，钳夹血管、器械。</p> <p>3.型号规格：直，弯，左弯，右弯，角弯，双角弯，圆弯，双圆弯，反力式，可调式；（20-200）×（0.2-10.0），（20-200）×（2-50）；20mm-200mm；全规格,根据采购人使用需求进行供货。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鼻剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.可制成弯形、角弯形或侧弯形。采用不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.产品性能：产品的外形应圆整、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹。鼻剪螺钉应牢固地固定在左片上，当闭合或打开时螺钉不应跟动。鼻剪刀口不应有崩刃，在闭合或打开时不应有咬口或卡住现象。具有耐腐蚀性能。</p> <p>3.型号规格：枪式；上介、中介、下介；100-300mm，长度5mm为一档。全规格，根据采购人使用需求进行供货。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鼻窥器（鼻镜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.左弯，右弯，可调式，直型，侧弯型，（100-200）×（10-90）mm，100-200mm</p> <p>产品的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等。全规格，根据采购人使用需求进行供货。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鼻腔吸引管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由吸引头、吸引管、手柄和接头组成。头部为弯头端呈圆形。不锈钢材料或铜材料制成。可重复使用。</p> <p>2.用于耳鼻喉手术中，与吸引装置配合，吸取废液和残渣组织或冲洗手术部位。</p> <p>3.型号规格：直、弯，0°-70°；可控；上颌窦；（120-300）×（φ1-φ6）×（8-100）；（120-300）×（φ1-φ6）×（0°-70°）×（8-100），120-300mm，长度5mm为一档。（190*3.5，直，可控，带保护套 等规格）全规格，根据采购人使用需求进行供货。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鼻腔吸引管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.由吸引头、吸引管、手柄和接头组成。头部为弯头端呈圆形。不锈钢材料或铜材料制成。可重复使用。</p> <p>2.用于耳鼻喉手术中，与吸引装置配合，吸取废液和残渣组织或冲洗手术部位。</p> <p>3.型号规格：直、弯，0°-70°；可控；上颌窦；（120-300）×（φ1-φ6）×（8-100）；（120-300）×（φ1-φ6）×（0°-70°）×（8-100），120-300mm，长度5mm为一档。（160*4，直等规格）。全规格，根据采购人使用需求进行供货。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鼻咽活体取样钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.结构为枪形，分盖板式和管式两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.鼻咽活体取样钳的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。钳子开闭时各关节活动应灵活，连杆滑动通畅，不应有卡住阻塞现象。钳子开闭时，左右钳嘴或上下钳嘴必须平齐密合，不应有张口、歪扭、错移等现象。钳子闭合后，其上下、前后颚部间隙要均匀一致。钳口不应有缺口、裂纹及宽窄不匀等现象。</p> <p>3.用于钳取鼻腔内组织、异物或取样。</p> <p>4.型号规格：直形；角弯；盖板式，管式；长圆头，圆头；横开、竖开；带齿；左开口、右开口；上开口、管式带吸；（100-180）×（2-5），（100-180）×（30°-120°），（100-180）×（2-5）×（30°-120°），100-180。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鼻咬切钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.结构为枪形，分盖板式和管式两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.鼻咬切钳的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。钳子开闭时，钳嘴前端应先接触，上下钳嘴必须平齐密合，不应有张口、歪扭、错移等现象。钳口应锋利，并不应有缺口、裂纹及宽窄不匀等现象产品应有良好的耐腐蚀性能。</p> <p>3.用于钳取鼻腔内组织、异物或取样。</p> <p>4.型号规格：直型，弯型，角弯，(0-180)°，左弯，右弯，上弯，下弯，尖头，长圆头，圆头，带齿，正切，反切，上切口，下切口，左切口，右切口，左反切，右反切，侧咬切，带刻度，带吸引，可旋转，盖板式，管式，蝶窦口，鼻开筛；(80-350)×(0.5-8.0)，(80-350)×(0.5-8.0)×(0-180)°，(80-350)×φ(0.5-8.0)；80mm-350mm。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鼻组织钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.结构为枪形，分盖板式和管式两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.鼻组织钳外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲等现象，外表面应光滑，不应有锋棱（刃口除外）、毛刺、裂纹等缺陷。钳头凹形钳口应呈微锐，但不锋利，并不应有缺口、裂纹及宽窄不匀等现象。钳子闭合后，钳嘴前端应先接触，上下嘴必须平齐，不应有张口、歪扭、错移等现象。钳子开闭时各关节应轻松灵活，连杆滑动通畅，不得有卡塞现象，钳柄活动时钳嘴也应随之而开闭。产品应有良好的耐腐蚀性能。</p> <p>3.用于钳取鼻腔内组织、异物或取样。</p> <p>4.型号规格：直，弯，大弯，小弯，角弯，（0-180°），左弯，右弯，上弯，下弯，圆头，尖圆头，长圆头，椭圆头，橄榄头，蝴蝶头，麦粒头，横开，竖开，上开口，下开口，左开口，右开口，带齿，带刻度，带吸引，盖板式，管式，叠颧式，穿颧式，鼻窦，鼻息肉；（80-250）×（1-15）；（80-250）×（1-15）×（1-10）；（80-250）×（1-15）×（0-180）°；80-250mm，长度5mm为一档。（120×3，盖板式，直，尖圆头等规格）。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鼻组织钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.结构枪形，分盖板式和管式两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.鼻组织钳外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲等现象，外表面应光滑，不应有锋棱（刃口除外）、毛刺、裂纹等缺陷。钳头凹形钳口应呈微锐，但不锋利，并不应有缺口、裂纹及宽窄不匀等现象。钳子闭合后，钳嘴前端应先接触，上下嘴必须平齐，不应有张口、歪扭、错移等现象。钳子开闭时各关节应轻松灵活，连杆滑动通畅，不得有卡塞现象，钳柄活动时钳嘴也应随之而开闭。有良好的耐腐蚀性能。</p> <p>3.用于钳取鼻腔内组织、异物或取样。</p> <p>4.型号规格：直，弯，大弯，小弯，角弯，（0-180°），左弯，右弯，上弯，下弯，圆头，尖圆头，长圆头，椭圆头，橄榄头，蝴蝶头，麦粒头，横开，竖开，上开口，下开口，左开口，右开口，带齿，带刻度，带吸引，盖板式，管式，叠颧式，穿颧式，鼻窦，鼻息肉；（80-250）×（1-15）；（80-250）×（1-15）×（1-10）；（80-250）×（1-15）×（0-180）°；80-250mm，长度5mm为一档。（130*4.5，直，管式，尖圆头等规格）全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：编网筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.采用医用不锈钢或耐高温树脂材料制成，可重复使用。</p> <p>2.存放手术器械、敷料等。（408*253*90、450*340*70带盖等规格）。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：编网筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.存放手术器械、敷料等（100*100*50精密带盖、460*85*52镜头等规格）。全规格，可根据采购人要求提供。
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：编网筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.存放手术器械、敷料等（340*250*70等规格）。全规格，可根据采购人要求提供。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：编网筐（精密带盖）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.存放手术器械、敷料等。（210*150*40 等规格）。全规格，可根据采购人要求提供。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：编网筐（精密带盖）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.存放手术器械、敷料等 （100*100*50等规格）。全规格，可根据采购人要求提供。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：扁桃体吸引管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由吸引头、吸引管、手柄和接头组成。头部为弯头端呈圆形。一般采用不锈钢材料或铜材料制成。可重复使用。 2.产品的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。管类应畅通，无阻塞现象。零件焊接应牢固，并应细致地修光，不得有气泡、麻点和堆积物存在。滚花应清晰，不应有烂纹现象。 3.用于耳鼻喉手术中，与吸引装置配合，吸取废液或残渣组织或冲洗手术部位。型号规格：直型，弯形；圆头，带网状，球头；头部带缩口式，无缩口式；管径Φ1-Φ15；120-300（长度5mm为一档）。全规格，可根据采购人要求提供。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：剥离器

序号	参数性质	技术参数与性能指标

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：剥离器

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		<p>1. 1#-40#, 直头, 上弯、下弯、左弯、右弯, 弯头, 微弯, 深弯, 角弯, 锐、钝, 平头, 圆头, 半圆头, 球头, 尖头, 钝头, 左向, 右向, 单头, 双头, 半圆切口, 椭圆切口, 带孔, 带钩, 带刃, 圆刃, 平刃, 铲形, 长圆形, 八方柄, 铝柄, 六角柄;</p> <p>2.由头部和柄部组成, 柄的顶端可为椭圆形或弧形。可重复使用。(170× 3.5 , 直头, 肌腱, 下层 等规格)。全规格, 可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：剥离器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1. 1#-40#, 直头, 上弯、下弯、左弯、右弯, 弯头, 微弯, 深弯, 角弯, 锐、钝, 平头, 圆头, 半圆头, 球头, 尖头, 钝头, 左向, 右向, 单头, 双头, 半圆切口, 椭圆切口, 带孔, 带钩, 带刃, 圆刃, 平刃, 铲形, 长圆形, 八方柄, 铝柄, 六角柄;</p> <p>2.由头部和柄部组成, 柄的顶端可为椭圆形或弧形。可重复使用。(鼻中隔, 220×3.5 ×4, 弯/弯, 双头 等规格)。全规格, 可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：测深器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.骨科手术配套基础工具由不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。可重复使用。</p> <p>2.产品的外形应整齐、对称, 不应有明显的偏歪、扭曲, 不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。测深器的活动尺移动应顺畅, 不得有卡塞现象。测深器刻度应清晰, 间距应均匀一致。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。</p> <p>3.型号规格: 导针, 骨盆, 肌腱, (φ1-φ50), 测量长度 (0-200) mm, 20-400mm(长度5mm为一档)。全规格, 可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肠钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由钳头、外套管、中心杆部件、手柄部件组成。头部有鳄形、锯齿、环形、子弹头、钝头细齿、钝头粗齿、尖头弯碗形等。由不锈钢材料制成, 手柄由塑料制成。可重复使用。</p> <p>2.用于肛肠科手术时, 夹持组织。</p> <p>3.型号规格: 直, 弯, 直齿, 斜齿, 竖齿, 100-400mm。全规格, 可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：持骨钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.由钳柄、钳头、腮轴螺钉构成，钳头内表面多设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。由不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。</p> <p>3.型号规格：多齿式,侧弯,导向,两齿,四齿,多齿,带自锁,不自锁,带齿条,不带齿条,中心化,大，中，小，大号，中号，小号，三爪自定中心化，手指；足踝，I型，II型，软骨，股骨，髌骨，直，直型，带锁，弯，角弯，半月板，自动；100mm-400mm。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冲洗器手柄

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.有可与配套注吸器相连的接头，连接通用注射针头。</p> <p>2.型号规格：接通用注射针头；40mm-150mm</p> <p>3.冲洗器手柄在眼科手术中用于与冲洗器配套使用。</p> <p>4.规格：通用注射针头</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：穿刺器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.穿刺器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。（如有最新标准，按最新标准执行） 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 阀门旋转应灵活，在关闭姿态下，经4kPa气压，应无明显渗漏；穿刺器的阻气阀应有良好阻气功能，经4kPa气压，冒出的气泡少于20个。 耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。（如有最新标准，按最新标准执行）</p> <p>2.规格Φ5，工作长度95mm，全规格，根据采购人使用需求进行供货。。</p> <p>3.十字硅胶帽。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：创口钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分。可重复使用。拉钩头部中心与手柄应在同一条中心线上，不应有明显的偏斜。</p> <p>2.型号规格：圆柄，扁柄，单头，双头，单爪，两爪，三爪，四爪，五爪，六爪，钝，锐，锐爪，钝爪，深部，浅部，有齿，无齿。全规格，根据采购人使用需求进行供货。</p> <p>3.用于外科手术时钩拉组织或皮肤，显露手术视野。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：带尖复位钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<div>1.由钳柄、钳头、颞轴螺钉构成，钳头内表面多设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。由不锈钢材料制成。可重复使用。</div> <div>2.型号规格：直头，弯头，偏头，髌臼，腕骨，体外，上肢，下肢，髌骨，足踝，带尖，指圈式，直，弯，大，小，多齿，双爪，三爪</div> <div>3.用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。</div> <div>4.全规格，可根据采购人要求提供。</div>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单极分离钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<div>1. 头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2024中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。单极电凝分离钳的夹持力不小于20N。其硬度为不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006,中5.4b级的规定。（如有最新标准，按最新标准执行）</div> <div>2. Φ5，工作长度330mm。</div> <div>3.弯分离钳，钳头长17mm。</div> <div>4.钳头张开角度大于等于50°。</div> <div>5.头部采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。</div> <div>6.规格：弯头，钳头长17mmΦ5*330/把</div>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单极分离钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<div>1.头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。单极电凝分离钳的夹持力不小于20N。其硬度为不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。（如有最新标准，按最新标准执行）</div> <div>2.Φ10，工作长度330mm。</div> <div>4.钳头张开角度大于等于50°。</div> <div>5.头部采用高硬度的不锈钢材料。</div> <div>6.规格：大型直角10*330</div>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单极分离钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。单极电凝分离钳的夹持力不小于20N。其硬度为不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。（如有最新标准，按最新标准执行） 2.Φ5，工作长度330mm。 3.直角分离钳 4.钳头张开角度大于等于50° 5.头部采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。 6.规格：直角头，Φ5*330
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单极剪刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造（如有最新标准，按最新标准执行）。其硬度不小于350HV 0.2。 2.进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 3.Φ5，工作长度330mm。 4.弯头、直头，双动。（直头双动Φ5*330等规格） 5.头部材料采用高硬度不锈钢。 6.钳头张开角度不小于30° 7.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单极剪刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造（如有最新标准，按最新标准执行）。其硬度不小于350HV 0.2。 2.进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 3.Φ5，工作长度330mm。 4.弯头，单动。（弯头单动Φ5*330等规格）全规格，根据采购人使用需求进行供货。 5.头部材料采用高硬度不锈钢。 6.钳头张开角度不小于30°
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单极抓钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力不小于20N。其硬度不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。（如有最新标准，按最新标准执行） 2.Φ5，工作长度330mm。 3.钳头无创型
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单极抓钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力不小于20N。其硬度不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。（如有最新标准，按最新标准执行） 2.Φ5，工作长度330mm。 3.钳头中空，夹持肠管时钳头紧贴组织，不滑脱。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：胆道探条

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由头、杆连接而成，头部应圆滑。可重复使用。 2.产品的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。头端为光滑球体，外表面不得有裂纹、毛刺等缺陷。不锈钢材料的杆部应经软化处理。保证杆部在使用时任意弯曲，无折断或镀层脱落现象。焊接应牢固，不得有缝隙及明显砂眼，焊缝处应圆整光洁。具有耐腐蚀性。适用范围：用于手术时扩张胆管。 3.型号规格：单头，双头，直，弯；F1-F40，（100-600）×（1-30），100-600mm 全规格，根据采购人使用需求进行供货。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：胆管钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由两片组成，头部有直形或弯形，头端有唇头齿、尾部为带锁止牙指圈，穿颧、迭颧或盖板式连接。通常由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.胆管钳的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。钳子唇头齿应清晰，不应有缺齿、烂齿及毛刺，钳子头端吻合应对称平齐。钳子开闭时，颧部应轻松灵活，不应有卡塞现象。产品主要用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。 3.型号规格：直，弯，角弯，（0-180）°，圆弯，弯柄，双弯，测量；（80-450）×（0.5-15），R（1-80）×（1-100）；80-450mm（长度5mm为一档）全规格，根据采购人使用需求进行供货。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：胆石匙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.分单头、双头两种，单头由刮匙头、杆及柄组成，单头刮匙为匙形，双头刮匙为匙形-匙形或匙形-环形。由铜或不锈钢制成。可重复使用。</p> <p>2.产品的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。刮匙头部中心与手柄应在同一条中心线上，不应有明显的偏斜。产品应有良好的耐腐蚀性能。用于刮除总胆管内结石等异物。</p> <p>3.型号规格：匙形、环形、单头，双头，吸引式，直，弯，大号，中号，小号，(100-350)×(2-20),(100-350)×(2-20)×(2-20),(2-20),100-350mm 全规格,根据采购人使用需求进行供货。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电动吸引器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.电机：活塞真空泵</p> <p>2.噪声：≤65dB(A)</p> <p>3.防护等级：BF型医用设备，防进液等级：IPX0.连续工作≥4h</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电动子宫切除器及配套手术器械-碎宫器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.碎宫器头部硬度400HV0.2～500HV0.2；</p> <p>2.头部刃口锋利，具有良好的切割性能，刀齿清晰、完整、不得有缺齿、断齿、烂齿等现象；</p> <p>3.器械进入人体部分粗糙度Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤3.2μm。</p> <p>4.规格：Φ15/个</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蝶窦咬骨钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.结构枪形，分盖板式和管式两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.产品性能：蝶窦咬骨钳外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲等现象，外表面应光滑，不应有锋棱（刃口除外）、毛刺、裂纹等缺陷。刃口应锋利，不应有卷刃、缺口等现象，闭合后两片刃口接触要平齐密合，不应有张口、偏歪、错移等现象。咬骨钳闭合时应轻松灵活，不应有卡塞或过重现象，闭合时不得出现两片间隙加大现象。蝶窦咬骨钳松开滚花螺钉后，固定片、滑动片应能一起旋转，紧固滚花螺钉后，固定片应牢固地固定在右钳柄上，并无松动、转动现象。产品应有良好的耐腐蚀性能。</p> <p>3.用于钳取鼻腔内组织、异物或取样。型号规格：直型，左弯，右弯，枪形，盖板式，管式，万能型；鼻窦，可旋转，上切口，下切口；(1-8)×(30°-90°)×(100-200)；(120-250)×(30°-160°)×(1-10)；100-250（长度5mm为一档）全规格，根据采购人使用需求进行供货。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：丁字开口器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.用于口腔手术中保持口腔开启。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：耑貯钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.直型，弯型，角弯，(0-180)°，枪形，问号型，单头，双头，锐头，钝头（长度5m m为一档） 2.由头部、杆部和手柄组成。有双头和单头二种，头部可制成直、弯、角弯等各种形状。 采用不锈钢材料制成。可重复使用 3.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：耳用膝状镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对尾部叠合的叶片组成。头部为弯，头端有齿。采用不锈钢材料，可重复使用。 2.外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲等现象,外表面应光滑,不应有锋棱（刃口除外）、毛刺、裂纹等缺陷。唇头齿清晰完整,不得有缺齿、烂齿等缺陷。镊子的柄花应清晰完整,不应有缺花、烂花。产品应有良好的耐腐蚀性能。适用范围：用于镊取或分离组织。 3.型号规格：50mm-400mm 全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：分离结扎钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由钳喙、关节和钳柄组成，头部呈拱形，相对成抱口，顶端相吻合处有竖齿，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿腮后用柳钉连接固定。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，角弯，0-180°，双弯，单开，双开，全齿，半齿，竖齿，凹凸齿。（80-500）×（1-200）×（0-100），（80-500）×（0-100）×（0-180）° 长度5mm为一档。 3.用于手术中夹持皮肤、筋膜等组织。 4.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：缝线结扎镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.由一对尾部叠合的叶片组成。头部有平台,有直形和弯形两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，角弯，(0-180)°，圆弯，1×2齿，带台，簧式，精细，超细，圆柄，扁柄，镀膜，普通；(105*0.12，直，1*2齿，带台，扁柄等规格) 3.用于眼部手术时夹持缝线。 4.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：缝线结扎镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对尾部叠合的叶片组成。头部有平台，有直形和弯形两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，角弯，(0-180)°，圆弯，1×2齿，带台，簧式，精细，超细，圆柄，扁柄，镀膜，普通；（85×6×0.10，直，1X2齿等规格） 3.适用范围：用于眼部手术时夹持缝线。 4.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：敷料镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对尾部叠合的叶片组成。镊端有齿，有粗齿和细齿之分。采用不锈钢材料制成。 2.型号规格：带导销，直，弯，有齿，无齿，精细型，喉用，有钩，无钩，凹凸齿，敷料用，1×2钩、2×3钩、3×4钩、1×2凹凸齿,无损伤，镶片，非无菌，一次性，80-350mm（长度5mm为一档） 3.全规格，可根据采购人要求提供。 4.适用范围：用于夹持人体组织。（300直等规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：敷料镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对尾部叠合的叶片组成。镊端有齿，有粗齿和细齿之分。采用不锈钢材料制成。 2.型号规格：带导销，直，弯，有齿，无齿，精细型，喉用，有钩，无钩，凹凸齿，敷料用，1×2钩、2×3钩、3×4钩、1×2凹凸齿，无损伤,镶片,非无菌，一次性，80-350mm（长度5mm为一档） 3.全规格，可根据采购人要求提供。 4.适用范围：用于夹持人体组织。（25cm等规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：敷料镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.由一对尾部叠合的叶片组成。镊端有齿，有粗齿和细齿之分。采用不锈钢材料制成。 2.型号规格：带导销，直，弯，有齿，无齿，精细型，喉用，有钩，无钩，凹凸齿，敷料用，1×2钩、2×3钩、3×4钩、1×2凹凸齿,无损伤，镶片，非无菌，一次性，80-350mm（长度5mm为一档） 3.全规格，可根据采购人要求提供。 4.适用范围：用于夹持人体组织。（12.5cm等规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：腹壁拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由头部、杆部和手柄组成，有双头和单头两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。拉钩头部中心与手柄应在同一条中心线上，不应有明显的偏斜。 2.型号规格：直，弯，角弯，(0-180)°，圆弯，1×2齿，带台，簧式，精细，超细，圆柄，扁柄，镀膜，普通；全规格，可根据采购人要求提供。 3.适用范围：用于手术时牵拉组织、皮肤。 4.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：腹壁牵开器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由叶片、拉钩、支撑杆、支架、齿条组成。由不锈钢材料或钛合金材料制成。可重复使用。 2.产品的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。档板螺母应活动顺畅，拧紧后应能牢固固定牵开器圆柄。牵开器打开时，活动臂滑动应通畅，不应有卡住或阻塞现象。活动臂固定螺丝拧紧时，活动臂应能牢固地固定。 3.适用范围：用于腹部手术时，牵开手术切口，暴露手术视野。型号规格：Ⅰ型，Ⅱ型，Ⅲ型，手摇式，固定式，可调式，悬拉式，组合式，钳式，齿条式，双翼、三翼，双圆梗，双方梗，最大开口（20-400）；（80-500）×（50-400），（20-400）×（50-400）；80-500mm。 4.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：腹腔吸引管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.按形式分为直形、弯形和折弯形。由不锈钢或铜材制成。可重复使用。吸引管头端应光滑、圆钝,不应有锋棱、毛刺、裂纹等缺陷。吸引管的焊接应牢固,无砂眼、气孔裂纹等缺陷，焊后修光。 2.型号规格：直形、弯形、尾弯、圆头、加强型、直有孔、弯有孔、角弯、无孔，可控 3.装于吸引器上用于腹部手术时吸液。 4.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肛门镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由镜管、镜芯和手柄组成。采用不锈钢、黄铜或聚乙烯材料制成。 2.产品的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。弹簧应有足够的力量，在自然状态下使两半圆吻合，并不得有过重现象。调节螺丝调节时应轻松、顺畅，无卡塞现象。适用范围：用于肛门部位组织检查。 3.型号规格：有孔、无孔；钳式，双叶、三叶、筒式，喇叭式，开边、双翼、缺口、大号，中号，小号，导光，U槽，（5-50）×（10-200）×（20-500）,20mm-500mm。 4.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢丝剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃、尾部为指圈。由不锈钢材料制成。可重复使用。钢丝剪剪切后头部闭合时应吻合，不得有错口、偏歪现象。剪子开闭时，各关节应轻松，不得有卡住现象。 2.型号规格：单关节、双关节，大、小，圆头，单刃、双刃、交错刃，镶片，斜，指圈式，手柄可拆式，钨碳钢，(100-700)×φ(0-10)，100mm-700mm，长度5mm为一档。 3.全规格，可根据采购人要求提供。 4.适用范围：用于剪断植入物。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢丝钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由手柄和钳口通过单或双连接轴连接组成，具有直型或弯曲手柄，有各种尺寸。由不锈钢材料或硬质合金制造。可重复使用。 2.钢丝钳的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。唇头齿应清晰完整，无缺齿、毛刺等缺陷，钳子闭合时应互相吻合。颚轴铆接必须牢固，表面应平整，不得有低凹等缺陷。钢丝钳应有良好的剪切性能。 3.用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎。 4.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢针剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃、尾部为指圈。由不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：单关节、双关节，大、小，圆头，单刃，双刃，交错刃，镶片，斜，指圈式，手柄可拆式，钨碳钢、镶合金片，（100-700）×（0.2-10），100mm-700mm，长度5mm为一档。（240×Φ2.5双刃等规格）。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于剪断植入物。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢针剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃、尾部为指圈。由不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：单关节、双关节，大、小，圆头，单刃，双刃，交错刃，镶片，斜，指圈式，手柄可拆式，钨碳钢、镶合金片，（100-700）×（0.2-10），100mm-700mm，长度5mm为一档。（200*1.2等规格）。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于剪断植入物。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宫内节育器取出钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.宫内节育器取出钩为钩状的器械。采用金属材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：直；220-300mm/把。</p> <p>3.用于宫内节育器放置和（或）取出。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宫内节育器取出钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.宫内节育器取出钳为钳状的器械。采用金属材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：直；220-300mm/把</p> <p>3.用于宫内节育器放置和（或）取出。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宫腔镜配套手术器械

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.钳头直径 Φ1.6mm ，工作长度360mm 钳头应经热处理，钳头硬度为411HV0.2～504HV0.2。</p> <p>2.钳头二片应相互吻合，不得有错口、偏摆现象，钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿、毛齿等缺陷。钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象，鳃轴螺钉应牢固地固定在鳃部的一片上，当钳子开闭时，螺钉不得跟动。 钳开闭时，应轻松灵活，不得有卡滞现象，支撑弹簧应能撑开钳头。钳头部夹持力应不小于3N。</p> <p>3.适用范围：宫腔手术时夹取组织和异物用。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：骨把持器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.骨科创伤手术配套工具。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.骨把持器的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。骨把持器旋转滚花螺帽，螺杆带动活动爪平稳移动，行程中无卡塞现象。骨把持器导向螺钉，固定牢固，使用中不得松动。产品应有良好的耐腐蚀性能。 3.用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑。 4.型号规格：大,中,小（100-450）×（10-80）；100mm-450mm，全规格,可根据采购人要求提供。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：骨锤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.骨科手术配套基础工具，由不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。可重复使用。 2.型号规格：硬平头，硬球头，硬球平头，软平头，软球头，软球平头，软硬平头，软硬球头，软球硬平头，软平硬球头，双硬平头，双硬球头，掌骨起子，叉型，重型，胶木柄；（100-450）/（50-1200）g；（50-1200）g；100mm-450mm（长度5mm为一档）。全规格,可根据采购人要求提供。 3.适用范围：用于骨科手术时作敲击、撬拔。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：骨锉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由锉身和手柄组成,用于锉平骨的断端,有扁平 and 弯曲等型式。锉身由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格:单头,双头,微弯,深弯,角弯,直,弯,尖型,圆型,半圆型,平面,指用,牙用,股骨,矩平锉,髌关节。 3.用于骨科手术时手术锉削骨骼、锉平骨断端。 4.规格：250，单头 等规格。全规格，可根据采购人要求提供。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：骨锉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由锉身和手柄组成，用于锉平骨的断端，有扁平 and 弯曲等型式。锉身由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：单头，双头，微弯，深弯，角弯，直，弯，尖型，圆型，半圆型，平面，指用，牙用，股骨，矩平锉，髌关节。（190弯，单头 等规格）。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于骨科手术时手术锉削骨骼、锉平骨断端。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：骨刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由刀片和手柄组成，远端有坚硬、锋利、单刃配置的切割刀片，手柄拉于其近端。由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：直，弯，前弯，后弯，左弯，右弯，角弯（0-180°），直头，平头，圆头，直圆头。胶木柄，滚花柄，硅胶柄，六角柄，长方柄，铝合金柄。（80mm-500mm）×（1mm-50mm） 3.主要用于切除、截断骨。（270×6，直，圆口，超薄刃，圆座型等规格）。 4.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由刀片和手柄组成，远端有坚硬、锋利、单刃配置的切割刀片，手柄拉于其近端。由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：直，弯，前弯，后弯，左弯，右弯，角弯（0-180°），直头，平头，圆头，直圆头。胶木柄，滚花柄，硅胶柄，六角柄，长方柄，铝合金柄。（80mm-500mm）×（1mm-50mm） 3.主要用于切除、截断骨。（200*10，直，平口等规格）。 4.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由刀片和手柄组成，远端有坚硬、锋利、单刃配置的切割刀片，手柄拉于其近端。由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：直，弯，前弯，后弯，左弯，右弯，角弯（0-180°），直头，平头，圆头，直圆头。胶木柄，滚花柄，硅胶柄，六角柄，长方柄，铝合金柄。（80mm-500mm）×（1mm-50mm） 3.主要用于切除、截断骨。（170*7，直，滚花柄 等规格）。 4.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨刮匙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.由头部和柄部组成，在近端有手柄，远端为具锋利边缘的匙形凹尖，也可以是双端的。由不锈钢材料制成，可重复使用。</p> <p>2.型号规格：锐（头）、钝（头），单头，双头，方头，左V头，右V头，左弯头，右弯头，方形，长槽形，方仁口，椭圆形，圆头，圆形，空心，实心。六方柄，八方柄，带刻度，不带刻度，胶木柄，滚花柄，扁柄，圆柄，铝合金柄。角度（0-180）°头宽1-30，长度100mm-450mm（170*3直，六方、鼻用，170×7，角弯30°，圆刃，有孔等规格）。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨刮匙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由头部和柄部组成，在近端有手柄，远端为具锋利边缘的匙形凹尖，也可以是双端的。由不锈钢材料制成，可重复使用。</p> <p>2.型号规格：锐（头）、钝（头），单头，双头，方头，左V头，右V头，左弯头，右弯头，方形，长槽形，方仁口，椭圆形，圆头，圆形，空心，实心。六方柄，八方柄，带刻度，不带刻度，胶木柄，滚花柄，扁柄，圆柄，铝合金柄。角度（0-180）°头宽1-30，长度100mm-450mm（300*4*10°，前弯、300*2直等规格）。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨刮匙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由头部和柄部组成，在近端有手柄，远端为具锋利边缘的匙形凹尖，也可以是双端的。由不锈钢材料制成，可重复使用。</p> <p>2.型号规格：锐（头）、钝（头），单头，双头，方头，左V头，右V头，左弯头，右弯头，方形，长槽形，方仁口，椭圆形，圆头，圆形，空心，实心。六方柄，八方柄，带刻度，不带刻度，胶木柄，滚花柄，扁柄，圆柄，铝合金柄。角度（0-180）°头宽1-30，长度100mm-450mm。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨刮匙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.由头部和柄部组成，在近端有手柄，远端为具锋利边缘的匙形凹尖，也可以是双端的。由不锈钢材料制成，可重复使用。</p> <p>2.型号规格：锐（头）、钝（头），单头，双头，方头，左V头，右V头，左弯头，右弯头，方形，长槽形，方仁口，椭圆形，圆头，圆形，空心，实心。六方柄，八方柄，带刻度，不带刻度，胶木柄，滚花柄，扁柄，圆柄，铝合金柄。角度（0-180）°头宽1-30，长度100mm-450mm（260*6*15°等规格）。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨刮匙（铝合金柄）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由头部和柄部组成，在近端有手柄，远端为具锋利边缘的匙形凹尖，也可以是双端的。由不锈钢材料制成，可重复使用。</p> <p>2.型号规格：锐（头）、钝（头），单头，双头，方头，左V头，右V头，左弯头，右弯头，方形，长槽形，方仁口，椭圆形，圆头，圆形，空心，实心。六方柄，八方柄，带刻度，不带刻度，胶木柄，滚花柄，扁柄，圆柄，铝合金柄。角度（0-180）°头宽1-30，长度100mm-450mm。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨科撑开器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.手柄坚固，头部渐薄，其型式有直型和弯型，有多种尺寸，牵引刀片位于工作端，通过一个单或双枢轴动作，枢轴传递牵引所需的力。由不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：双孔，足踝，膝关节，克氏针，克什针，石膏，嘴形，强力，撑开，压缩，肩关节左、肩关节右；(100-500)×(1-80)；100mm-500mm。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨科复位钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由钳柄、钳头、髌轴螺钉构成，钳头内表面多设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。由不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：直头，弯头，偏头，髌臼，腕骨，体外，上肢，下肢，髌骨，足踝，带尖，指圈式，直，弯，大，小，多齿，双爪，三爪。（210带尖 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨科复位钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由钳柄、钳头、腮轴螺钉构成，钳头内表面多设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直头，弯头，偏头，髌臼，腕骨，体外，上肢，下肢，髌骨，足踝，带尖，指圈式，直，弯，大，小，多齿，双爪，三爪。（300，直头 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨克丝钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由手柄和钳口通过单或双连接轴连接组成，具有直型或弯曲手柄，由不锈钢材料或硬质合金制造，可重复使用。 2.型号规格：直，弯，偏口，尖嘴，薄腮，厚腮，尖头，虎头，圆头，I型，双关节，双刃，（100-500）×（0-10），100mm-500mm，长度5mm为一档。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.骨拉钩是手动操作的手术器械，包含有自锁式结构，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直、弯、上弯、下弯、左弯、右弯、前上弯，左前侧，右前侧，平，圆，鞍形，尖端，肩胛骨，骨盆，颞骨，深部，胶木柄。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨膜剥离器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由头部、杆部和手柄组成，有单头和双头两种。头部有直形、弯形或角弯形，头端呈长圆形、圆形或铲形。可重复使用。 2.型号规格：单头、双头；直、弯，微弯，角弯，长圆形、直长圆形、长圆（双刃微弯）、单头带吸引铲形、双头带刻度，铲形（100-250）mm×（1-15）mm，（100-250）×（1-15）×（1-10），100-250mm，长度5mm为一档。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于耳鼻喉手术中，剥离粘膜、骨膜。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨膜剥离器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由头部、杆部和手柄组成，有单头和双头两种。头部有直形、弯形或角弯形，头端呈长圆形、圆形或铲形。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：单头、双头；直、弯，微弯，角弯，长圆形、直长圆形、长圆（双刃微弯）、单头带吸引铲形、双头带刻度，铲形（100-250）mm×（1-15）mm，（100-250）×（1-15）×（1-10），100-250mm，长度5mm为一档。（280*20直 等规格）。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于耳鼻喉手术中，剥离粘膜、骨膜。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨膜剥离器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分。一般由不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.产品的外形应整齐、对称,不应有明显的偏歪、扭曲,不应有锋棱（刃口除外）、毛刺、裂纹等现象。锐头骨膜剥离器刃口应微锐,但不锋利，不得有缺口、卷刃等缺陷。骨膜剥离器头部与柄部应在同一中心线上,不应有明显的偏歪。产品应有良好的耐腐蚀性能。</p> <p>3.用于剥离附着于骨面上的骨膜及软组织。型号规格：直、弯、侧弯,角弯，（0-180）°,左弯,右弯,微弯,深弯,钝口,锐,锐口,平刃、圆刃,单刃,双刃,直头,弯头,微弯头,方头,圆头,V形头,单头,双头，弯/弯，侧弯/侧弯，左式，右式，铲形，圆头/平刃，圆头/铲形，牙用，扁柄，圆柄，方柄，胶木柄，滚花柄，八方柄，铝柄，铝合金柄，长柄，重切削型，颅骨，肋骨，头宽圆（0.1-40.0）/方（0.1-40.0）,宽（0.1-40.0）/（0.1-40.0），（1-180）°/弯，宽（0.1-40.0）/方圆（0.1-40.0）。（1-20）#,Φ（0.1-40.0），（80-450）×（0.1-40.0），（80-450）×（0.1-40.0）×（0-180）°,（80-450）×（0.1-40.0）×（0.1-40.0），（80-450）×（0.1-40.0）/（0.1-40.0），（80-450）×Φ（0.1-40.0），（0.1-40.0）×（0.1-40.0）,80mm-450mm。</p> <p>4.全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨膜剥离器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由头部、杆部和手柄组成，有单头和双头两种。头部有直形、弯形或角弯形，头端呈长圆形、圆形或铲形。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：单头、双头；直、弯，微弯，角弯，长圆形、直长圆形、长圆（双刃微弯）、单头带吸引铲形、双头带刻度，铲形（100-250）mm×（1-15）mm，（100-250）×（1-15）×（1-10），100-250mm，长度5mm为一档。（180*4*5弯，双头等规格）。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于耳鼻喉手术中，剥离粘膜、骨膜。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨膜剥离器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由头部、杆部和手柄组成，有单头和双头两种。头部有直形、弯形或角弯形，头端呈长圆形、圆形或铲形。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：单头、双头；直、弯，微弯，角弯，长圆形、直长圆形、长圆（双刃微弯）、单头带吸引铲形、双头带刻度，铲形（100-250）mm×（1-15）mm，（100-250）×（1-15）×（1-10），100-250mm，长度5mm为一档。</p> <p>3.用于耳鼻喉手术中，剥离粘膜、骨膜。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨膜分离器（铝合金柄）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由头部、杆部和手柄组成，有单头和双头两种。头部有直形、弯形或角弯形，头端呈长圆形、圆形或铲形。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：单头、双头；直、弯，微弯，角弯，长圆形、直长圆形、长圆（双刃微弯）、单头带吸引铲形、双头带刻度，铲形（100-250）mm×（1-15）mm，（100-250）×（1-15）×（1-10），100-250mm，长度5mm为一档。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于耳鼻喉手术中，剥离粘膜、骨膜。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨牵引针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由头部、针体和尾部组成，可分为螺纹型和光杆型两种型式，由不锈钢材料或钛合金材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：带槽、不带槽，扁刃、锥刃、螺纹刃、三角刃、圆形、三角型、方型、扁型；（0-10）×（80-400）；（0-10）；80mm-400mm（长度5mm为一档）。（0.8*250 等规格）。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于在骨折手术过程中牵引、导引或固定。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨牵引针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由头部、针体和尾部组成，可分为螺纹型和光杆型两种型式，由不锈钢材料或钛合金材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：带槽、不带槽，扁刃、锥刃、螺纹刃、三角刃、圆形、三角型、方型、扁型；（0-10）×（80-400）；（0-10）；80mm-400mm（长度5mm为一档）。（4*280 等规格）。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于在骨折手术过程中牵引、导引或固定。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨撬

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.骨科手术配套基础工具，由不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。可重复使用。 2.型号规格：小，大，带孔，直（型）、弯（型）、角弯，尖头、平头，单钩、双钩、槽钩、有齿、无齿、双齿、多齿、自动，颅骨、耳用，小儿，2×1（套），髋关节，置换，颞骨，铝柄，胶木柄 3.用于骨科手术时作敲击、撬拨。 4.规格：（300，多齿等规格）全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨撬

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.骨科手术配套基础工具，由不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。可重复使用。 2.型号规格：小，大，带孔，直（型）、弯（型）、角弯，尖头、平头，单钩、双钩、槽钩、有齿、无齿、双齿、多齿、自动，颅骨、耳用,小儿,2×1（套）,髋关节，置换，颞骨，铝柄，胶木柄 3.用于骨科手术时作敲击、撬拨。 4.规格：（240*40，尖头等规格）全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨撬

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.骨科手术配套基础工具，由不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。可重复使用。 2.型号规格：小，大，带孔，直（型）、弯（型）、角弯，尖头、平头，单钩、双钩、槽钩、有齿、无齿、双齿、多齿、自动,颅骨、耳用，小儿，2×1（套）,髋关节，置换，颞骨，铝柄，胶木柄 3.用于骨科手术时作敲击、撬拨。 4.（240*3，髋关节等规格）全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨用牵开器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.手动操作、自锁式手术器械，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.骨用牵开器外形应整齐，不应有明显的偏歪、扭曲等现象。外表面应圆整，光滑，不应有锋棱、毛刺、裂纹等缺陷。拉钩安装后应活动自如，牵拉物体后应锁止牢固、可靠，不得出现摆动、松动现象。活动臂在自锁牙片上的移动应顺畅，当手柄锁止时，固定应牢固，不得有松动现象。产品应有良好的耐腐蚀性能。</p> <p>3.用于显露手术视野,使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。型号规格：小(号)、中(号)、大(号)，单臂，双臂，单钩，双钩，单关节，双关节，全向，自动，左式、右式，多用，齿条式，腰椎，腰肌，颅骨，胸骨，肋骨，手部，框架，新生儿，婴幼儿，小儿，成人，单叶，双叶，翻转，可转，可拆，可换，双叶移动，双向移动式，框式，布朗式，床头，牵引架，对侧、基础、中路，Ⅰ型，Ⅱ型，Ⅲ型，DZQ-I型，SQK-I型，(1-10)×(1-10)齿(50-1200)×(50-500),(10-300)×(1-100),(10-300)×(1-100)×(1-200)；50mm-1200mm。</p> <p>4.全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨凿

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.骨科手术配套基础工具，由不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：小，大，带孔，直（型）、弯（型）、角弯，尖头、平头，单钩、双钩、槽钩、有齿、无齿、双齿、多齿、自动，颅骨、耳用，小儿，2×1（套）,髋关节,置换,颞骨,铝柄,胶木柄。</p> <p>3.用于骨科手术时作敲击、撬拨。</p> <p>4.全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：辊轴取皮刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由刀片和手柄组成。由不锈钢材料制成。可重复使用。辊轴取皮刀各零件装配应牢固，当刀片放到刀片托板上，压板卡到刀片定位销后，刀片要被压紧，刀片不允许有松动现象。</p> <p>2.型号规格：刀片，配80mm取皮刀，配160mm取皮刀，鼓式，自锁，多用；(30-200)，（50-500）×（30-200）；50mm-500mm（长度5mm为一档）。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于削除痂皮以保留部分真皮。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：辊轴取皮刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.刀片由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.用于削除痂皮以保留部分真皮。 3.规格：刀片，配80mm取皮刀
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：海绵钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 2.型号规格：直有齿，弯有齿，直无齿，弯无齿，直有槽，弯有槽，小切口，钳式，滑板式，指圈管式，短杆，直无槽，弯无槽，双开、弯，直，扁桃体；140-500mm（长度5mm为一档），全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于夹持缝合针、金属夹等器械。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：海绵钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		36cm双关节 弯有槽头10mm 钢5mm杆径。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：虹膜恢复器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对尾部叠合的叶片组成。头部有直形和弯形两种，可有齿、钩或平台。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直形、弯形、角形、1×2齿（钩），2×3齿（钩），扁柄，显微，(40-200)×(0.1-5.0)，40-200mm。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于眼科手术时夹持眼部组织、夹持囊肿等。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：后颅凹牵开器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由钩和柄部组成，可为单头或双头。可重复使用。 2.直形，角形，弧形，侧左向刃1-2mm，侧右向刃1-2mm，侧右向弯刃口，直臂，弯臂，角弯，微弯，左弯、右弯、薄斧状，三功能，浆形头，半圆头，带槽半圆头，浆形，60°勾，90°球头勾，锐勾，浆形，精细勾，Y形，钝头，前囊膜抛光，后囊膜抛光，前后囊膜抛光，囊膜抛光器，双头，环形，左式，右式，圆柱形，侧切口，大号，中号，小号，超乳白内障专用，刃长（0-20），(0-180°)刃，(50-200)×(0.1-10)，(50-200)×(0-20)×(0.1-10)，50mm-200mm。活动式，全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：后囊膜抛光器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由钩和柄部组成，可为单头或双头。可重复使用。</p> <p>2.直形，角形，弧形，侧左向刃1-2mm，侧右向刃1-2mm，侧右向弯刃口，直臂，弯臂，角弯，微弯，左弯、右弯、薄斧状，三功能，浆形头，半圆头，带槽半圆头，浆形，60°勾，90°球头勾，锐勾，浆形，精细勾，Y形，钝头，前囊膜抛光，后囊膜抛光，前后囊膜抛光，囊膜抛光器，双头，环形，左式，右式，圆柱形，侧切口，大号，中号，小号，超乳白内障专用，刃长(0-20)，(0-180°)刃，(50-200)×(0.1-10)，(50-200)×(0-20)×(0.1-10)，50mm-200mm。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：会阴剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃、尾部为指圈，有直、弯两型。由不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.会阴剪外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲等现象，外表面应光滑，不应有锋棱（刃口除外）、毛刺、裂纹等缺陷。会阴剪螺钉应牢固地固定在左片上，当闭合或打开时螺钉不应跟动。会阴剪刀口不应有崩刃，在闭合或打开时不应有咬口或卡住现象。有良好的耐腐蚀性能。</p> <p>3.用于妇产科手术时剪开组织或皮肤。</p> <p>4.型号规格：直，弯，侧弯，右弯，角弯，开齿，圆头，凸圆头；120-250mm。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：活检钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由两片组成，头部有直形或弯形，头端有唇头齿、尾部为带锁止牙指圈，穿鳃、迭鳃或盖板式连接。由不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.活检钳外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲等现象，外表面应光滑，不应有锋棱（刃口除外）、毛刺、裂纹等缺陷。钳子开闭应轻松灵活，不得有卡塞现象。鳃轴螺钉应牢固地固定在活动柄上，打开或闭合时，螺钉不得跟动。刃口应锋利，头部闭合后，钳头两片应相互吻合，不得有错口及明显摆动现象。焊接处应牢固均匀，不得有气孔、砂眼等缺陷。</p> <p>3.用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。</p> <p>4.型号规格：直头、左弯、右弯、上弯、旋转、碗形、圆口、匙形口、三角形、直杆、弯杆，食道、喉；（200-500）×φ（2-5），（200-500）×（1-10）×（30-60）°；200-500mm（长度5mm为一档）。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：棘突打孔器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.骨科手术配套基础工具，通常由不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。可重复使用。</p> <p>2.产品性能：打孔器外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲等现象。外表面应圆整，光滑，不应有锋棱（刃口除外）、毛刺、裂纹等缺陷。产品应有良好的耐腐蚀性能。</p> <p>3.用于骨科手术时打孔、钻孔、扩孔。</p> <p>4.型号规格：直、弯，小号、大号，棘突，肋骨，股骨，胫骨，腰椎，钢丝，椎弓根，可调式，匙形，胶木柄，(100-400)×(0-50)，(100-400)×φ(0-50),100mm-400mm，长度5mm为一档。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：甲状腺拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由头部、杆部和手柄组成。有双头和单头二种，头部可制成直、弯、角弯等各种形状。</p> <p>2.用于钩取组织、异物或牵拉组织。</p> <p>3.规格：全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：间接喉钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.分为盖板式、钳式和管式。采用不锈钢材料制成。可重复使用。钳子闭合时，钳嘴前端应相接，上下钳嘴必须平齐密合，不应有张口、歪扭、错移等缺陷。</p> <p>2.型号规格：直型，弯，角弯，盖板式、钳式、管式；固定头、拆卸头；上开、下开、左开、右开、双开；尖头、长圆头、圆头、一柄三头、一柄一头、一柄两头；150-300mm（每5mm为一档）。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于钳取喉部软组织、异物或取样</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：角膜剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，尾部为弹簧片。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：直，弯，角弯，急弯，侧弯，左弯，右弯，左，右，钝头，尖头，圆柄，扁柄，镀膜，角膜移植；（50-200）×（1-30），（50-200）×（0.1-5.0）；50mm-200mm。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于剪切眼内组织。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：结膜剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，尾部为弹簧片。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，微弯，深弯，弧形，钝头，尖头，镀膜；(50-300)×（0.1-5.0），(50-300)×（5-50）；50mm-300mm。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于剪切眼内组织。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：截骨刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由刀片和手柄组成，远端有坚硬、锋利、单刃配置的切割刀片，手柄位于其近端。通常由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.截骨刀表面应平整，光滑，不应有锋棱（刃口除外）、毛刺、裂纹等缺陷。截骨刀刃口必须锋利，不应有缺刃、卷刃、裂纹、凹陷现象。产品应有良好的耐腐蚀性能。 3.主要用于切除、截断骨。 4.型号规格：直，弯，薄，超薄，圆刃，平刃，单斜刃，双斜刃，六角柄，长方柄，（100-400）×（1-50），100mm-400mm，长度5mm为一档。全规格，可根据采购人要求提供。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：晶体定位钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由钩和柄部组成，可为单头或双头。可重复使用。 2.型号规格：直(形)，弯(形)，角形，角弯，（0-180）°，弯圆，双角弯，右角弯，左角弯，弧，球头。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：晶体线环

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.晶体线环由环形头部和柄部或针座组成。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直,弯,角弯,鸡心形,冲洗式,杆式；（20-200）×（0.5-20.0），（20-200）×（0.5-20.0）×（2-30），（0.5-20.0）×（2-30）；20mm-200mm。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于眼科手术时将切碎的晶体从囊中取出。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：晶体植入镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.由一对尾部叠合的叶片组成。头部有直形和弯形两种，可有齿、钩或平台。采用不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：圆弯，侧弯，直角钩，角形，直，簧式，扁柄，圆柄，环形头，直头，圆头，椭圆头,鸭嘴式,弧形头,平头,精细,角弯0°-170°，精细，带锁，不带锁，哈夫式，多用，反向、软性；内矩形钳口，20G，23G，25G，全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于眼科手术时夹持眼部组织、夹持囊肿等。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：精细剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。</p> <p>2.用于剪切人体组织、皮肤。</p> <p>3.全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：胫骨牵开器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.手动操作、自锁式手术器械，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.胫骨牵开器外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲等现象。外表面应圆整，光滑，不应有锋棱、毛刺、裂纹等缺陷。头部中心与手柄应在同一条中心线上，不应有明显的偏斜。</p> <p>3.用于显露手术视野,使手术易于进行。</p> <p>4.型号规格：小号、中号、大号；（100-400）×（1-100）×（1-80）；（100-400）×（1-100）；100mm-400mm(长度5mm为一档)。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：开睑器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.钛钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：漏睫式,遮睫式,钢丝式,平移式,丝状,片状,可调,封口,槽宽(1-30)；(20-200)×(0-40),(20-200)×(2-100)；20-200mm。(可固定/封口等规格)，全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于眼科手术或检查时撑开眼睑。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：开睑器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.有板式、钢丝式、平移式、固定式、旋杆式。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：漏睫式,遮睫式,钢丝式,平移式,丝状,片状,可调,封口,槽宽(1-30); (20-200)×(0-40),(20-200)×(2-100); 20-200mm。(丝状, 52×13.5 等规格)全规格, 可根据采购人要求提供。 3.用于眼科手术或检查时撑开眼睑。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可重复使用导尿管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.管状，采用不锈钢材料制成。可重复使用，不含润滑液。 2.可重复使用导尿管，外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲等现象，外表面应光滑，不应有锋棱（刃口除外）、毛刺、裂纹等缺陷。头端应光滑、圆钝，不应有锋棱、毛刺、裂纹等缺陷。可重复使用导尿管焊接处应牢固，不得有明显砂眼、凹陷、气孔、麻点和堆积物存在，焊后修光。有良好的耐腐蚀性能。 3.用于泌尿手术中引流排尿。 4.型号规格：(50-600)×(Φ1-Φ15);F3-F45（Φ1-Φ15）,管接头（Φ2-Φ20）,50-600mm（长度5mm为一档）全规格, 可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：口镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主要由柄、带有连接杆或不带有连接杆的镜子组成，可重复使用。 2.型号规格：放大,平光,耐高温,1#-5#,口镜头,镀铬,麻醉,反光,可视,喉镜,咽喉镜,外径(5-40), 口镜柄,单头,双头,六角柄,八角柄,实心,空心,圆柄,不锈钢,铜制,公制螺纹,美制螺纹,反光板式,单面, 双面; 5-40mm, 长度50-400mm（长度5mm为一档）。全规格, 可根据采购人要求提供。 3.用于口腔检查
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窥视叶片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸分 SS/S/m/L、成像≥30 万像素、LED 照明≥1000LUX、防雾加热、材质医用级, 适配成人 / 小儿 / 婴幼儿插管。 2.全规格, 可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分，可重复使用。 2.型号规格：小、大、直、弯、单弯、双弯、角弯（0-180）°有齿，无齿，带孔，反向，浅部，深部，静脉，直角，单头，双头，圆头，尖头，平头，球头，钝头，锐头，扁柄，S型，直型，角型，枪形，单爪，两爪，三爪，多爪。 3.用于外科手术时拉钩组织或皮肤，显露手术视野。 4.（腹壁 280,37*60/45*80，空心柄，双头 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。 。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分，可重复使用。 2.型号规格：小、大、直、弯、单弯、双弯、角弯（0-180）°有齿，无齿，带孔，反向，浅部，深部，静脉，直角，单头，双头，圆头，尖头，平头，球头，钝头，锐头，扁柄，S型，直型，角型，枪形，单爪，两爪，三爪，多爪。 3.用于外科手术时拉钩组织或皮肤，显露手术视野。 4.（鼻腔，双头等规格）全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分，可重复使用。 2.型号规格：小、大、直、弯、单弯、双弯、角弯（0-180）°有齿，无齿，带孔，反向，浅部，深部，静脉，直角，单头，双头，圆头，尖头，平头，球头，钝头，锐头，扁柄，S型，直型，角型，枪形，单爪，两爪，三爪，多爪。 3.用于外科手术时拉钩组织或皮肤，显露手术视野。 4.（200*16静脉等规格）全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分，可重复使用。 2.型号规格：小、大、直、弯、单弯、双弯、角弯（0-180）°有齿，无齿，带孔，反向，浅部，深部，静脉，直角，单头，双头，圆头，尖头，平头，球头，钝头，锐头，扁柄，S型，直型，角型，枪形，单爪，两爪，三爪，多爪。 3.用于外科手术时拉钩组织或皮肤，显露手术视野。 4.（180等规格）全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：阑尾拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.由头部、杆部和手柄组成，有双头和单头两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：单头,双头,反向;(1-60)×(2-80)，钩(1-60)×(2-80)/(1-60)×(2-80)；100-350mm(长度5mm为一档)（260,29*48 等规格)全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于手术时牵拉组织、皮肤。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：阑尾拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由头部、杆部和手柄组成，有双头和单头两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：单头,双头,反向；(1-60)×(2-80),钩(1-60)×(2-80)/(1-60)×(2-80)；100-350mm(长度5mm为一档)（210钩17*31等规格）全规格,可根据采购人要求提供。 3.用于手术时牵拉组织、皮肤。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：淋巴结钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		36cm双关节 头径8mm 钢5mm杆径；全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：流产吸引头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由柄部和管部焊接组成。采用不锈钢和铜材料制成。不在内窥镜下使用，非无菌提供、可重复使用。 2.型号规格：直、弯、带刻度；150-350；（5-20）×（150-350）；2#-20#，长度5mm为一档。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于流产手术时，吸引血液或液体，不含负压源。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：颅骨骨膜剥离器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直头，弯头，微弯头，侧弯，角弯，单头，双头，扁柄，圆柄，方柄，胶木柄、滚花柄，八方柄，铝柄，（80-450），（80-450）×（1-20），（80-450）×（1-20）×（1-20），80mm-450mm。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于剥离附着于骨面上的骨膜及软组织。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：颅骨骨撬

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.骨科手术配套基础工具。采用不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：扁柄，圆柄，方柄，胶木柄、滚花柄，八方柄，铝柄，铝合金柄，(80-400)，(80-400)×(1-20)，80mm-500mm。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于骨科手术时作敲击、撬拨。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：泌尿肝肠外科手术器械

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.钳头直径（成人Φ1.7mm/小儿Φ1.3mm），工作长度580mm。钳头应经热处理，钳头有硬度。钳头二片应相互吻合，不得有错口、偏摆现象，钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿、毛齿等缺陷。钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象，颧 轴螺钉应牢固地固定在颧部的一片上，当钳子开闭时，螺钉不得跟动。钳开闭时，应轻松灵活，不得有卡滞现象，支撑弹簧应能撑开钳头。手术钳应具有一定的夹持力和弹性，其头部张开度应不小于35°。 2.泌尿科手术时夹取组织和异物用 3.规格：输尿管夹持钳。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脑部解剖镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。 2.外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。脑部解剖镊唇头齿应清晰、完整，不得有缺齿、烂齿、毛刺等现象。脑部解剖镊闭合后，头端应能吻合、圆齐、对称，不应出现偏歪、错口等现象。有良好的耐腐蚀性能。 3.用于夹持组织。 4.型号规格：直形（型），枪形（型），枪状，有齿，无齿，有钩，无钩，大柄花，1×2钩、2×3钩，（100-400）×（0.1-10），100mm-400mm。全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脑部枪形解剖镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。 2.外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。脑部解剖镊唇头齿应清晰、完整，不得有缺齿、烂齿、毛刺等现象。脑部解剖镊闭合后，头端应能吻合、圆齐、对称，不应出现偏歪、错口等现象。有良好的耐腐蚀性能。 3.用于夹持组织。 4.型号规格：直形（型），枪形（型）,枪状,有齿,无齿,有钩，无钩，大柄花，1×2钩、2×3钩，（100-400）×（0.1-10）,100mm-400mm。全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脑部直行解剖镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。 2.外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。脑部解剖镊唇头齿应清晰、完整，不得有缺齿、烂齿、毛刺等现象。脑部解剖镊闭合后，头端应能吻合、圆齐、对称，不应出现偏歪、错口等现象。有良好的耐腐蚀性能。 3.用于夹持组织。 4.型号规格：直形（型），枪形（型），枪状，有齿,无齿,有钩,无钩，大柄花，1×2钩、2×3钩，（100-400）×（0.1-10），100mm-400mm。全规格,可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脑吸引管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：直、弯、斜口、双控孔、可控、可控带套、可控缩口(180-280)×1.5-6.0，全规格，可根据采购人要求提供。 3.供脑外科手术时吸引血液及液体用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脑吸引管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：直、弯、斜口、双控孔、可控、可控带套、可控缩口(180-280)×1.5-6.0，全规格，可根据采购人要求提供。 3.供脑外科手术时吸引血液及液体用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脑压板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由直形、弯形、单头、双头、匙形、带刻度等多种形式。手术中脑压板可手持或以软轴牵开器固定。可重复使用。 2.型号规格：直,弯,直头、弯头、带刻度,精细型,带齿,匙状,方板形、普通、平板、二齿、三齿、四齿,0.5-50)×(0.5-50),50mm-400mm(长度1mm为一档)。全规格,可根据采购人要求提供。 3.用于牵压或保护脑膜。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：内窥镜用高频手术器械（双极电凝钳）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.头部采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢,钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢,绝缘套管用PEEK制造。其硬度不小于350HV0.2,进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4 b级的规定。(如有最新标准，按最新标准执行) 2.规格：双极电凝钳。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：帕巾钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 2.型号规格:尖头、平头、球头、埃式,60-250mm(长度5mm为一档)。全规格,可根据采购人要求提供 3.用于夹持缝合针、金属夹等器械。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：皮肤拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分。可重复使用。 2.型号规格：单齿，双齿，三齿，四齿，五齿，六齿，多齿，双头，单头，锐，钝，单钩，双钩，三钩，四钩，五钩，六钩，多钩，方柄，圆柄。（160，双头，锐，7*22,9*10 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于外科手术时钩拉组织或皮肤，显露手术视野。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：皮肤拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分。可重复使用。 2.型号规格：单齿，双齿，三齿，四齿，五齿，六齿，多齿，双头，单头，锐，钝，单钩，双钩，三钩，四钩，五钩，六钩，多钩，方柄，圆柄。（150，锐，双齿等规格）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于外科手术时钩拉组织或皮肤，显露手术视野。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：皮管钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 2.型号规格：网纹齿，平台，（150-250）×（2-8），150-250（单位：mm）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于夹持缝合针、金属夹、医用皮管等器械。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：皮球带阀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		橡胶材质，带气阀开关
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平骨凿

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。采用不锈钢材料制成，或刀片为不锈钢材料，手柄采用合成材料（聚四氟乙烯）。非无菌提供。 2.平骨凿的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。平骨凿刃口必须锋利，不应有裂纹、凹陷等缺陷。平骨凿的强度标准应符合行业标准中的规定。产品应有良好的耐腐蚀性能。 3.用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。 4.型号规格：直,直形(型),枪形,方柄,圆柄,平口,平刃,单斜刃,双斜刃,半圆,月牙,乳突,(80-300)×(2-25)mm；80-300mm。全规格,可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：前列腺剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对中间连接的叶片组成，头部带弯，有多种规格，头端为圆有刃口，尾部为指圈。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.前列腺剪的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等，闭合后二片头端应彼此遮盖且无过头现象。螺钉应牢固可靠地固定在左片上，当闭合或打开时螺钉不应跟动。前列腺剪刀口不应有崩刃，在闭合或打开时不应有咬口或卡住现象。前列腺剪剪切应顺利，不应有明显变形、裂纹现象；试验材料切边应整齐，不应有撕裂现象。有良好的耐腐蚀性能。 3.用于剪切前列腺组织。 4.型号规格：直，弯，角弯，小弯，中弯，大弯，弯柄，S形；(100-350)×(1-80)，(100-350)×(1-10)；100mm-350mm。全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：取石钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由两片组成，头部有直形或弯形，头端有唇头齿、尾部为带锁止牙指圈，穿腮、送腮或盖板式连接。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直、弯，小弯、中弯、大弯，微弯，角弯，有齿、无齿，盖板式，软管式，穿腮式。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：乳突牵开器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由两片组成,螺钉连接,尾部为带锁条指圈,头部为扒开带齿钩,有锐钩和钝钩。有固定式和活动式两种,活动式前杆有关节可上下活动。采用不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.产品的外形应整齐、对称,不应有明显的偏歪、扭曲,不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。各拉钩插头应能顺利插入牵开器连接孔中,各拉钩插孔应能迅速配入牵开器定位销上,并被卡住,拉钩能灵活转动,也能顺利从牵开器上取出。乳突牵开器应有足够的强度和刚性。</p> <p>3.用于耳鼻喉科手术时作牵开耳后乳突或迷路、进路部软组织切口用或供鼻腔检查时撑开鼻腔,显露手术视野。</p> <p>4.型号规格:直型,弯型,头弯(0°-180°),单钩,双钩;锐钩,钝钩,(1-10)×(1-10)钩,(1-10)×(1-10)锐钩,(1-10)×(1-10)钝钩,自动,固定式,活动式,活节带齿,(1-15)齿;(50-350)×(1-80),(50-350)×(1-80)×(0-180)°, (50-350)×(1-10)×(1-10); 50-350mm。全规格,可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纱布绷带剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由一对中间连接的叶片组成，一片头部顶端有球头或半球头，另一片头部长度短于球头的刃口，尾部为指圈。采用不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.纱布绷带剪外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱（刃口除外）、毛刺、裂纹等缺陷，闭合后二片头端应彼此遮盖且无过头现象。螺钉应牢固的固定在左片上，当闭合或打开时螺钉不应跟动。纱布绷带剪刀口不应有崩刃，在闭合或打开时不应有咬口或卡住现象。产品应有良好的耐腐蚀性能。</p> <p>3.用于剪切人体上的缝线、敷料。</p> <p>4.型号规格：直（型），弯（型），侧弯，角弯，简易，全球头，半球头，侧角球头，黑把，红把，绿把，镶片，特快型；(80-350)×(0-180)°，(80-350)×(0-10)；80-350mm(长度5mm为一档)。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：上颌窦探针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由头部、杆部和手柄组成，有枪形和直形，头端呈圆形。采用不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.用于耳鼻喉科在鼻骨上作穿孔。</p> <p>3.型号规格：直型，弯型，角弯，八角，5.5×5.5；(170-250)×(1-6)×(1-6)；170-250mm（每5mm为一档）。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：烧灼止血器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.由工作尖端和头端组成。头端有球形、橄榄形两种形式。采用不锈钢或铜材料制成。非无菌提供。无源产品。 2.型号规格：直，弯，角弯，啄木鸟式；50-200mm。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于手术中，加热头端后，烧灼血管断端止血用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：舌钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿腮式或迭腮式，由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：直，弯；140-240mm（长度2mm为一档）。全规格,可根据采购人要求提供。 3.由于牙科手术中固定、止血、切断等操作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：深部拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由头部、杆部和手柄组成，有双头和单头两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：大（号）,中（号）,小（号）,扁柄,伞柄,板式,S形,导光,带吸引,钩(2-150)×(2-250)；(80-450)×(2-250)，（80-450)×(2-150) ×(2-250)，(2-150) ×(2-250)；80-450mm。 3.用于手术时牵拉组织、皮肤。 4.（320*50*160等规格）全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：深部拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由头部、杆部和手柄组成，有双头和单头两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：大（号）,中（号）,小（号）,扁柄,伞柄,板式,S形,导光,带吸引,钩(2-150)×(2-250)；(80-450)×(2-250)，（80-450)×(2-150) ×(2-250)，(2-150) ×(2-250)；80-450mm。 3.用于手术时牵拉组织、皮肤。 4.（115，S型等规格）全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：深部拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.由头部、杆部和手柄组成，有双头和单头两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：大（号）,中（号）,小（号）,扁柄,伞柄,板式,S形,导光,带吸引，钩(2-150) ×(2-250)；(80-450)×(2-250)，（80-450)×(2-150) ×(2-250)，(2-150) ×(2-250)；80-450mm。 3.用于手术时牵拉组织、皮肤。 4.（250*36*110S形等规格）全规格，可根据采购人要求提供。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：神经剥离器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，上弯，下弯，左弯，右弯，角弯，（0-180）°，微弯，深弯，带钩，带槽，带刃，单头，双头，长圆形，腰椎型，颈椎型，寰弓，带吸引，带刻度，铲型，钩深（0-60），工作长度（20-500）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于剥离附着于骨面上的骨膜及软组织。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：神经传导电极传感器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.与院内HIS系统兼容
2		2.检测神经:无创腓肠神经传导速度及振幅检测，顺向传导 3.检测方法:预配置的电极阵列 4.刺激位置:外侧踝关节后 5.刺激配置:双极 6.记录位置:刺激位置近端9.22cm 7.记录配置:双极 8.检测输出参数:神经传导速度和动作电位振幅
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：神经根拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由自锁式结构，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.用于剥离外周神经。 3.规格：全规格，可根据采购人要求提供。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：施夹器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.施夹器钳头采用符合国家现行标准。 2.规格Φ10，工作长度330mm。全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手术刀柄

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.有安装手术刀片的插槽头。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直形，枪形，正向，反向、上弯、下弯、3#-9#，3L#，4L#，100-220mm（长度5mm为一档）。全规格，可根据采购人要求提供。 3.安装手术刀片后用于切割人体软组织。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手术辅助照明灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.照度 20,000-60,000 lx，小光斑（60-150 mm），用于局部 / 深腔补光 2.规格：单孔
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手术剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 2.型号规格：直、弯、角弯（0-180）°;直尖,直圆,直尖圆,弯尖，弯园，弯尖园，镶片，带齿，不带齿，膝状，特快型，超硬膜，镀金圈，普通，精细，轻柔型；（80-350）×（0-180）°；80mm-350（长度5mm为一档）（14CM直尖、16CM直圆等规格）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于剪切人体组织、皮肤。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手术剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 2.型号规格：直、弯、角弯（0-180）°，直尖，直圆，直尖圆，弯尖，弯园，弯尖园，镶片，带齿，不带齿，膝状，特快型，超硬膜，镀金圈，普通，精细，轻柔型；（80-350）×（0-180）°；80mm-350（长度5mm为一档）（14CM弯尖等规格）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于剪切人体组织、皮肤。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手术剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 2.型号规格：直、弯、角弯（0-180）°，直尖，直圆，直尖圆，弯尖，弯园，弯尖园，镶片，带齿，不带齿，膝状，特快型，超硬膜，镀金圈，普通，精细，轻柔型；（80-350）×（0-180）°；80mm-350（长度5mm为一档）（140mm，直圆等规格）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于剪切人体组织、皮肤。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手术剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 2.型号规格：直、弯、角弯（0-180）°，直尖，直圆，直尖圆，弯尖，弯园，弯尖园，镶片，带齿，不带齿，膝状，特快型，超硬膜，镀金圈，普通，精细，轻柔型；（80-350）×（0-180）°；80mm-350（长度5mm为一档）（18CM弯圆等规格）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于剪切人体组织、皮肤。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手术剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 2.型号规格：直、弯、角弯（0-180）°，直尖，直圆，直尖圆，弯尖，弯园，弯尖园，镶片，带齿，不带齿，膝状，特快型，超硬膜，镀金圈，普通，精细，轻柔型；（80-350）×（0-180）°；80mm-350（长度5mm为一档）（18CM直圆等规格）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于剪切人体组织、皮肤。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手足外科手术器械包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>包内配有手术剪，由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。</p> <p>止血钳，由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。持针钳，由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。皮肤拉钩，由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分。可重复使用。自动牵开器，手动操作、自锁式手术器械，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。剥离器，由头部和柄部组成，柄的顶端可为椭圆形或弧形。可重复使用。显微钩，由拉钩和柄部组成，有单头或双头两种。可重复使用。平骨凿，切削器具，由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。由不锈钢材料制成，或刀片为金属材料、手柄采用合成材料（如特氟龙）。不用于脊柱。可重复使用。骨刮匙，由头部和柄部组成。在近端有手柄，远端为具锋利边缘的匙形凹尖，也可以是双端的。由不锈钢材料制成。可重复使用。骨膜剥离器，由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分。由不锈钢材料制成。可重复使用。咬骨钳，由钳柄、钳头、弹簧片和腮轴螺钉组成，型式可有单关节、双关节、颅骨。其中单关节咬骨钳钳头可分为直型和角（前）弯型，双关节咬骨钳钳头有直型、角（前）弯型和棘突型。头部采用不锈钢材料制成。可重复使用。咬骨剪，由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃、尾部为指圈。由不锈钢材料制成。可重复使用。骨锉，由锉身和手柄组成，用于锉平骨的断端，有扁平和弯曲等型式。锉身由不锈钢材料制成。可重复使用。整形镊，由一对尾部叠合的叶片组成，头部无钩或有钩。由不锈钢材料制成。可重复使用。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双极器械

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.具有大血管闭合功能，可闭合7mm以下血管。</p> <p>2.器械可高温高压可耐134度消毒，也可以低温等离子消毒反复使用。</p> <p>3.腔镜下器械开窗带防滑纹，有利于加持。</p> <p>4.器械即插即用，自动识别，自动调节输出功率。</p> <p>5.器械由双极手柄，双极钳芯，套管组成，可重复高温高压消毒使用。</p> <p>6.规格：双极钳芯。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双极器械

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.具有大血管闭合功能，可闭合7mm以下血管。</p> <p>2.器械可高温高压可耐134度消毒，也可以低温等离子消毒反复使用。</p> <p>3.腔镜下器械开窗带防滑纹，有利于加持。</p> <p>4，器械即插即用，自动识别，自动调节输出功率。</p> <p>5.器械由双极手柄，双极钳芯，套管组成，可重复高温高压消毒使用。</p> <p>6.规格：双极手柄</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双翼阴道手术扩张器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由上叶、下叶和手柄组成，可带光纤式光源。由金属材料制成。可重复使用。</p> <p>2.双翼阴道手术扩张器外表面应光亮均匀，不得有焦黄、起皮现象。双翼阴道手术扩张器的表面及边缘应圆滑，无锋棱、毛刺。双翼阴道手术扩张器不得有明显的褶皱、裂纹和划痕。双翼阴道手术扩张器的各个连接处应牢固、可靠，任何部件不应有脱离和断裂现象。双翼阴道手术扩张器的扩张、调节应灵活，不得有卡滞现象。有良好的耐腐蚀性能。</p> <p>3.用于露出阴道内部供检查或手术。</p> <p>4.型号规格：固定式，可调式，齿条式，带下烟道，带上烟道，上卡槽，下卡槽，绝缘，导光，可取样；（50-200）×（5-70），50mm-200mm。</p> <p>5.全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：撕囊镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢、钛合金材料制成。非无菌提供。</p> <p>2.外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。镊子柄部的柄花应清晰、完整，不得有缺花、烂花、毛刺等缺陷。</p> <p>3.用于夹持眼组织、眼内异物或器械。</p> <p>4.型号规格：角弯，弧头，直头，锐尖，反向，截囊刀形，精细，超薄，簧式，扁柄，圆柄，滚花，横纹，哈夫式，无损伤，微切口，大切口，带刻度，预劈核；（60-200），（60-200）×（0.1-5.0），（60-200）×（2-30），（60-200）×（2-30）×（0-180）°，（60-200）×（0.1-5.0）×（0-180）°，0.1-5.0（mm）；60mm-200mm。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：髓核钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由钳柄、钳头、弹簧片和腮轴螺钉组成。头部采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：指圈式、握柄式、单指圈、有齿，超硬膜、直型，弧形，弯，匙形，尖状，倒齿形，锯齿形，可拆卸，上弯、下弯，（50-400）×（1-10），（50-400）×（1-10）×（1-30），（50-400）×（1-10）×（1-30）×（0-180°），50mm-400mm。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于骨科手术中咬除组织或息肉。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钛夹钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.钛夹钳头部采用ASTM F899-09中的630号钢制造，杆部与患者接触的材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。钛夹钳硬度为300HV0.2-600HV0.2(或29.8HRC-55.2HRC)。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm,亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。(如有最新标准,按最新标准执行) 2.规格有Φ5、Φ10、Φ12.5，工作长度180-450mm，适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.可适配多种的钛夹。 4.可任意角度旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 5.头部微弯曲，可以保证良好的手术视野。 6.单动、双动、直角等头型可选，满足不同需求。 7.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：探测器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.骨科手术配套基础工具，通常由不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。可重复使用。 2.外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。测深器的活动尺移动应顺畅，不得有卡塞现象。测深器刻度应清晰，间距应均匀一致。 3.用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。 4.型号规格：导针，骨盆，肌腱，（φ1-φ50），测量长度（0-200）mm，20-400mm(长度5mm为一档)。全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：特定电磁波治疗器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.台式机型由治疗头(包括辐射板、加热器及防护罩)、支臂、底座和软件组成。 2.立式机型由治疗头(包括辐射板、加热器及防护罩)、支臂、立柱、控制盒、脚架和软件组成。 3.适用于软组织损伤、腰肌劳损、坐骨神经痛、肩周炎、风湿性关节炎、小儿腹泻等疾病的辅助治疗作用。 4.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：头皮夹钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由两片组成，头端有凹凸齿，起夹持作用。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.皮夹钳外形表面应平整、光滑，不得有锋棱、毛刺等缺陷。钳子应有良好的夹持性能，头端撑开后头皮夹不应有滑脱现象。产品应有良好的耐腐蚀性能。用于神经外科手术中夹持器械。 3.规格：100mm-200mm，全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：微血管固定助缝工具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由固定环、弹性固定板组成。采用不锈钢材料制成。 2.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：微血管合拢器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由方杆、方孔阻血夹、限位螺母组成。采用不锈钢材料制成。 2.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：微血管夹持镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由两片镊子组成，其尾端通过焊接连接。采用不锈钢材料制成。 2.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吸引管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由冲吸管、管路和接口组成。采用金属材料制成。非无菌提供，可重复使用。 2.型号规格:直,弯,双弯,左弯,右弯,上弯,下弯,角弯,(0-180)°。全规格,可根据采购人要求提供 3.用于冲洗组织或吸液。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吸引管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.极限负压值：≥0.09MPa（680mmHg）。 2.负压调节范围：0.02MPa（150mmHg）～极限负压值。 3.抽气速率：≥32L/min。 4.贮液瓶：2500ml（玻璃）×2。 5.规格：42cm，手柄式，弯型，医用吸引管/套。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吸引器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.吸引器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造（如有最新标准，按最新标准执行）。 吸引器内芯通畅，无堵塞现象。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。器械的耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 2.吸引管Φ5，工作长度330mm。 3.推杆式。 4.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗眼器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.性能参数需符合国家标准全316不锈钢 2.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：系线镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对尾部叠合的叶片组成。头部有平台，有直形和弯形两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，角弯，（0°-180°），弧，平台，标准，精细，超细，簧式，扁柄，圆柄，滚花，横纹，镀膜；头宽（0.1-8）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于眼部手术时夹持缝线。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：显微持针钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.由头部、杆部和柄部组成。可重复使用。</p> <p>2.显微持针钳外表应无锋棱，毛刺，砂眼，裂纹。显微持针钳颧轴螺钉应牢固地固定在左片上，当闭合或打开时颧轴螺钉不应松动。显微持针钳的开闭应轻松自如。显微持针钳应有良好的夹持性能。产品应有良好的耐腐蚀性能。</p> <p>3.用于显微手术时钳取组织或者器械。</p> <p>4.型号规格：直形（型）、弯型、枪形（型）、枪状，精细、圆柄、方柄，扁柄、自锁，簧式，带剪，叠颧，镶颧，直头、弯头、镶合金片、镶金钢砂、双关节、笔式、钛合金，凹凸无损伤型，无齿，镶片，（100-300）×（0.2-5），100mm-300mm。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：显微基础器械包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>包内配有显微止血夹，有直头和弯头两种。可重复使用。微血管合拢器，由方杆、方孔阻血夹、限位螺母组成。采用不锈钢材料制成。手动器械、不在内窥镜下使用、非无菌提供、可重复使用。微血管固定助缝工具，由固定环、弹性固定板组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供、可重复使用。微血管夹持镊，由两片镊子组成，其尾端通过焊接连接。采用不锈钢材料制成。手动器械、不在内窥镜下使用、非无菌提供、可重复使用。显微镊，由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。可重复使用。显微组织剪，通常有直形和枪形两种形式。可重复使用。显微持针钳，由头部、杆部和柄部组成。可重复使用。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：显微剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。</p> <p>2.型号规格：直形（型）、弯形（型）、枪形（型）、枪状，精细型、直头、弯头、短头、长头，尖头、钝头，圆头，尖直头、尖弯头，直窄、弯窄。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于剪切组织。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：显微镜用钩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由钩和柄部组成，可为单头或双头。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：直形，角形，弧形，侧左向刃1-2mm，侧右向刃1-2mm，侧右向弯刃口，直臂，弯臂，角弯，微弯，左弯、右弯。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：显微镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.由一对尾部叠合的叶片组成。头部有直形和弯形两种，可有齿、钩或平台。采用不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.产品的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。二片合拢后应对齐，无长短不一、错位现象。镊子（如有柄花时）柄部的柄花应清晰、完整，不得有缺花、烂花、毛刺等缺陷。产品应有良好的耐腐蚀性能。</p> <p>3.用于眼科手术时夹持眼部组织、夹持囊肿等。</p> <p>4.型号规格：直，角弯，圆弯，弯，左向，右向，直形，带台，半圆槽，0.3mm孔，带孔，1×2犬齿。1×2齿，直有齿，扁柄，圆柄，标准，超细，精细，带锁，不带锁，唇头齿，无齿，无损伤，直半圆；网纹,ICL专用（20-200）×（0.02-10），20mm-200mm 全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：显微镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。</p> <p>2.型号规格：直（型）、弯（型）、侧弯、枪形（型）、枪状，匙形、环形、圆环，碗形有孔、碗形有齿、环形有齿、有钩、有齿、有牙、无钩、无齿、无牙，直头、弯头、上弯、下弯，抱口、平台，圆柄，方柄，扁柄(180×2，直型，环形，圆柄、200，1*2钩，枪状，组织 等规格) 全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于夹持组织。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：显微镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。</p> <p>2.型号规格：直（型）、弯（型）、侧弯、枪形（型）、枪状，匙形、环形、圆环，碗形有孔、碗形有齿、环形有齿、有钩、有齿、有牙、无钩、无齿、无牙，直头、弯头、上弯、下弯，抱口、平台,圆柄,方柄，扁柄（180×0.4，弯型，有钩，圆柄等规格）全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于夹持组织。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：显微镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。</p> <p>2.型号规格：直（型）、弯（型）、侧弯、枪形（型）、枪状，匙形、环形、圆环，碗形有孔、碗形有齿、环形有齿、有钩、有齿、有牙、无钩、无齿、无牙，直头、弯头、上弯、下弯，抱口、平台，圆柄，方柄，扁柄（125×0.1，直型，圆柄 等规格） 全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于夹持组织。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：显微镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：直(型)、弯(型)、侧弯、枪形(型)、枪状，匙形、环形、圆环，碗形有孔、碗形有齿、环形有齿、有钩、有齿、有牙、无钩、无齿、无牙，直头、弯头、上弯、下弯，抱口、平台，圆柄，方柄，扁柄(140×0.3 ,直型,平台,精细型,圆柄等规格)全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于夹持组织。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：显微镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：直（型）、弯（型）、侧弯、枪形（型）、枪状，匙形、环形、圆环，碗形有孔、碗形有齿、环形有齿、有钩、有齿、有牙、无钩、无齿、无牙，直头、弯头、上弯、下弯，抱口、平台，圆柄，方柄，扁柄（180×0.3，直型，圆柄 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于夹持组织。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：显微镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对尾部叠合的叶片组成。头部有直形和弯形两种，可有齿、钩或平台。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。二片合拢后应对齐，无长短不一、错位现象。镊子（如有柄花时）柄部的柄花应清晰、完整，不得有缺花、烂花、毛刺等缺陷。产品应有良好的耐腐蚀性能。 3.用于眼科手术时夹持眼部组织、夹持囊肿等。 4.型号规格：直，角弯，圆弯，弯，左向，右向，直形，带台，半圆槽，0.3mm孔，带孔，1×2犬齿。1×2齿，直有齿，扁柄，圆柄，标准，超细，精细，带锁，不带锁，唇头齿，无齿，无损伤，直半圆；网纹，ICL专用（20-200）×（0.02-10）,20mm-200mm 全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：显微眼用钩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由钩和柄部组成，可为单头或双头。可重复使用。 2.型号规格：直形，角形，弧形，侧左向刃1-2mm，侧右向刃1-2mm，侧右向弯刃口，直臂，弯臂，角弯，微弯，左弯、右弯 3.用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织。 4.（角弯，刃长1.5，90°刃，直臂 等规格） 全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：显微眼用钩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由钩和柄部组成，可为单头或双头。可重复使用。 2.型号规格：直形，角形，弧形，侧左向刃1-2mm，侧右向刃1-2mm，侧右向弯刃口，直臂，弯臂，角弯，微弯，左弯、右弯 3.用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织。 4.（120，角弯 等规格） 全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：显微眼用剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，尾部为弹簧片。可重复使用。 2.型号规格：直尖头，弯尖头，直尖，弯尖，直，弯，直圆，弯圆；50mm-180mm（长度2mm为一档） 全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于剪切眼内组织。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：显微止血夹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.有直头和弯头两种。可重复使用。 2.全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：显微组织剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由直形和枪形两种形式。可重复使用。 2.型号规格：簧式，枪状，直窄，弯窄，直型，弯型，圆柄，扁柄，尖直，短头，上尖弯，下尖弯，尖头弯，尖头直，长尖弯，长圆弯，长圆直。全规格，可根据采购人要求提供。 3.适用范围：用于显微手术时精细修剪组织。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：线锯导引器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.规格：300-500（mm）全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：线锯条

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.全规格，可根据采购人要求提供。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：小梁剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，尾部为弹簧片。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，直尖，弯尖，钝头，刃长5-30mm，（50-250）×（1-50），50mm-250mm。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于剪切眼内组织。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：胸部直行解剖镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对尾部叠合的叶片组成，头部为直形或弯形，头端有唇头齿或唇头钩，尾部叠合。通常采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.产品性能：产品的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹麻点、砂眼等现象。胸腔镊唇头齿应清晰完整、不应有缺齿、烂齿。镊子（如有柄花时）柄部的柄花应清晰、完整，不得有缺花、烂花、毛刺等缺陷。产品应有良好的耐腐蚀性能。 3.用于夹持软组织。 4.型号规格：直（型）、弯（型）、直头、弯头、枪状、直无钩，弯无钩，直有钩，弯有钩，带齿，有齿、无齿、1x2钩，2x3钩，3x4钩，凹凸齿、单齿、双齿、窄头、镶片、无损伤、精细、带定位销、熊掌、瓣膜、乳内，（50-500）×（0.2-15），（50-500）×（0.2-15）×（0-180°），50-500mm。全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：胸腔镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对尾部叠合的叶片组成，头部为直形或弯形，头端有唇头齿或唇头钩，尾部叠合。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直（型）、弯（型）、直头、弯头、枪状、直无钩，弯无钩，直有钩，弯有钩，带齿，有齿、无齿、1x2钩，2x3钩，3x4钩。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于夹持软组织。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：胸腔止血钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.两片组成，头部为直形或弯形，尾部为带锁止牙指圈，穿腮后用铆钉连接固定。由不锈钢材料制成，可重复使用。</p> <p>2.型号规格：直，弯，双弯，角弯，（0-180）°，圆弯，头角弯，（0-80），双角弯，微弯，中弯，大弯、弯柄，S形，网纹齿，（1-5）×（2-6）凹凸齿。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于心胸外科手术中，分离组织，钳夹血管。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：血管钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。</p> <p>2.产品性能：血管钳的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。血管钳的唇头齿应清晰，不应有缺齿，烂齿及毛刺等缺陷，腮部角的锐边倒钝。血管钳销轴铆合处应牢固，当钳子开闭时，铆钉不得松动。产品应有良好的耐腐蚀性能。</p> <p>3.用于夹持人体内血管、组织以止血。</p> <p>4.型号规格：直、弯、左弯、右弯、角弯，圆弯，深，浅，单开、双开，无锁止牙、有锁止牙，指圈管式，握笔管式，钳式，滑板式，小切口，髂血管，角弯头，圆弯头，头角弯（0-150），头圆弯、角弯（0°-160°），双角弯，双圆弯，三弯，微弯，深弯，小弯，中弯，大弯，弯柄，直柄，直弯柄，微血管，血管、游离、主动脉、肺动脉、侧壁、阻断型、无损伤、弯、直齿，单齿，双齿，（1-5）×（2-6）齿，凹凸齿，网纹齿，全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：血管游离钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.微血管吻合轮抱合钳由二片钳体在腮部采用腮轴螺钉固定，柄部带有簧片。采用不锈钢材料制成。手动器械、不在内窥镜下使用、非无菌提供、可重复使用。</p> <p>2.微血管吻合轮抱合钳外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等缺陷。微血管吻合轮抱合钳闭合后，头部四爪应吻合良好，无缝隙。钳子应轻松灵活，无卡塞现象，板簧应有足够的弹力。产品应有良好的耐腐蚀性能。</p> <p>3.型号规格：直,弯,角弯；（100-350）×（0-20）；100-350mm。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压肠板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.双头椭圆形薄片式板或柄状板。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：带柄，直板；（150-450）×（2-60），（150-450）×（2-60）×（2-60），（150-450）×（2-60）/（2-100）,150-450mm。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于腹部外科手术时压肠
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压舌板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.不锈钢，可重复使用 2.型号规格：直形,弯形,直角形,角型,角弯（0-180）°全规格,可根据采购人要求提供。 3.用于检查时压低舌部
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙骨锤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.不锈钢材料制成的牙科用锤。可重复使用。 2.产品的外形应整齐、对称,不应有明显的偏歪、扭曲,不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。锤头与手柄连接牢固,无松动现象。锤头与手柄连接无明显歪斜。产品应有良好的耐腐蚀性能。 3.用于口腔科手术中敲击牙骨凿。 4.型号规格：50-200g，100-200mm，全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙用镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.牙用镊由一对尾部叠合的叶片组成，通常由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.外形应整齐、对称,不应有明显的偏歪、扭曲,不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。牙用镊的两片连接应牢固。牙用镊的唇头齿应清晰完整,不应有缺齿、烂齿的缺陷。当镊子两片啮合时,头端应对齐,无明显偏位现象。牙用镊的导向销、定位销固定应牢固,当镊子开闭时,应灵活,不应有卡塞现象 3.用于口腔科检查和治疗时夹持。 4.型号规格：单弯，双弯，有定位，无定位，有齿，无齿，咬合纸镊，直，弯；残根镊，圆头，尖头，托槽夹持镊，前牙，后牙，弯头，牙胶尖镊，带槽；80-200mm（长度5mm为一档）全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：眼睑拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品性能结构及组成：由钩和柄部组成，可分为单头或双头，可重复使用。 2.型号规格：头宽2-20mm，50mm-200mm。全规格，可根据采购人要求提供。 3.适用范围：用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：眼科刮匙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由匙状头部和柄部组成。可重复使用。 2.型号规格：大号，中号，小号，（50-200）×Φ（0.5-20.0），0.5-20.0，50mm-200mm。全规格，可根据采购人要求提供。 3.眼用刮匙在眼科手术中用于刮除囊肿或挖出晶体核（硬核）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：眼科镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1由一对尾部叠合的叶片组成。头部有直形和弯形两种，可有齿、钩或平台。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直、弯、角弯，圆弯、直无钩，弯无钩，直有钩，弯有钩，无钩，无齿，有钩，有齿，平台，1×2齿，2×3齿，精细，固定，组织；（50-200）×（0.1-5.0）；50-200mm，长度1mm为一档。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于眼科手术时夹持眼部组织、夹持囊肿等。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：眼用测量规

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.有单面刻度式和双面刻度式之分。通常采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.产品的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。眼用测量规的头部应尖锐,不得有裂纹、长短不一的现象。 开闭时应轻松灵活,不得有卡塞和过松摆动现象。焊接应牢固,不得有裂纹和砂眼等缺陷。 3.用于眼科手术时测距。 4.型号规格：直，弯，双头，（1-6）/（1-6），0-20，0-50，10 mm -80 mm（弯0-20mm/双面刻度 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：眼用测量规

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.有单面刻度式和双面刻度式之分。通常采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.产品的外形应整齐、对称,不应有明显的偏歪、扭曲,不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。眼用测量规的头部应尖锐,不得有裂纹、长短不一的现象。开闭时应轻松灵活，不得有卡塞和过松摆动现象。焊接应牢固,不得有裂纹和砂眼等缺陷。 3.用于眼科手术时测距。 4.型号规格：直，弯，双头，（1-6）/（1-6），0-20，0-50，10 mm -80 mm。（20-弯 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：眼用剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，尾部为弹簧片。可重复使用。 2.型号规格：直尖头，弯尖头，直尖，弯尖，直，弯，直圆，弯圆；50mm-180mm（长度2mm为一档）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于剪切眼内组织。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：咬骨剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：单关节、双关节，直，弯，棘突，（100-350）×（5-30），100-350mm。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于剪断骨、韧带或组织
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：咬骨钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由柄头、钳头、弹簧片和髁轴螺钉组成，型式可有单关节、双关节、颅骨。其中单关节咬骨钳钳头可分为直型和角（前）弯型，双关节咬骨钳钳头有直型、角（前）弯型和棘突型。头部采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，直头，弯头，直尖头，弯尖头，左弯0-180°，右弯0-180°；上弯，下弯，尖弯，左上弯0-180°，右上弯0-180°，微弯，深弯，角弯，双关节；单关节，侧角头，左侧角0-180°，右侧角0-180°，侧弯，方头，尖头，圆头，大开口，大开档，弧形，反扣式，普通型，超薄型，超硬膜，转换式，可拆式，角型，后颅凹，颅骨，棘突，乳突，直刃（1-40），开口（1-100），50mm-400mm（长度5mm为一档）全规格，可根据采购人要求提供。 3.适用范围：用于咬除死骨或软组织息肉或修整骨残端。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：咬骨钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.由钳柄、钳头、弹簧片和颞轴螺钉组成，型式可有单关节、双关节、颅骨。其中单关节咬骨钳钳头可分为直型和角（前）弯型，双关节咬骨钳钳头有直型、角（前）弯型和棘突型。头部通常采用不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.咬骨钳的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。咬骨钳刃口应锋利，无卷刃、崩刃。咬骨钳闭合后，钳头应相互吻合，无错口现象。颞轴螺钉应牢固地固定在钳子的一片上，当咬骨钳开闭时，螺钉不得跟动。咬骨钳闭合时，颞部与关节应轻松，不得有卡住现象。</p> <p>3.用于咬除死骨或软组织息肉或修整骨残端。</p> <p>4.型号规格：直，弯，直头，弯头，直尖头，弯尖头，左弯0-180°，右弯0-180°；上弯，下弯，尖弯，左上弯0-180°，右上弯0-180°，微弯，深弯，角弯，双关节；单关节，侧角头，左侧角0-180°，右侧角0-180°。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由一对尾部叠合的叶片组成。镊端有齿，有粗齿和细齿之分。采用不锈钢材料制成。</p> <p>2.型号规格：带导销，直，弯，有齿，无齿，精细型，喉用，有钩，无钩，凹凸齿，敷料用，1×2钩、2×3钩、3×4钩、1×2凹凸齿，无损伤，镶片，非无菌，一次性，80-350mm（长度5mm为一档）全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于夹持人体组织。（14cm 等规格）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由一对尾部叠合的叶片组成。镊端有齿，有粗齿和细齿之分。采用不锈钢材料制成。</p> <p>2.型号规格：带导销，直，弯，有齿，无齿，精细型，喉用，有钩，无钩，凹凸齿，敷料用，1×2钩、2×3钩、3×4钩、1×2凹凸齿，无损伤，镶片，非无菌，一次性，80-350mm（长度5mm为一档）全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于夹持人体组织。（12.5cm 等规格）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由一对尾部叠合的叶片组成。镊端有齿，有粗齿和细齿之分。采用不锈钢材料制成。</p> <p>2.型号规格：带导销，直，弯，有齿，无齿，精细型，喉用，有钩，无钩，凹凸齿，敷料用，1×2钩、2×3钩、3×4钩、1×2凹凸齿，无损伤，镶片，非无菌，一次性，80-350mm（长度5mm为一档）全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.适用范围：用于夹持人体组织。（25cm等规格）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对尾部叠合的叶片组成。镊端有齿，有粗齿和细齿之分。采用不锈钢材料制成。 2.型号规格：带导销，直，弯，有齿，无齿，精细型，喉用，有钩，无钩，凹凸齿，敷料用，1×2钩、2×3钩、3×4钩、1×2凹凸齿，无损伤，镶片，非无菌，一次性，80-350mm（长度5mm为一档）全规格，可根据采购人要求提供。 3.适用范围：用于夹持人体组织。（16cm等规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：异物喉钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.分为盖板式、钳式和管式。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直型,弯型,角弯,盖板式、钳式、管式；带齿,尖头,圆头,直齿头,上开口、下开口、左开口、右开口,前弯、侧弯、取鱼骨；200-350mm(每5mm为一档)全规格，可根据采购人要求提供。 3.适用范围：用于钳取喉部软组织、异物或取样
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：阴道扩张器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由上叶、下叶和手柄组成，可带光纤式光源。由金属材料制成。可重复使用。 2.双翼阴道手术扩张器外表面应光亮均匀,不得有焦黄、起皮现象。双翼阴道手术扩张器的表面及边缘应圆滑,无锋棱、毛刺。双翼阴道手术扩张器不得有明显的褶皱、裂纹和划痕。双翼阴道手术扩张器的各个连接处应牢固、可靠,任何部件不应有脱离和断裂现象。双翼阴道手术扩张器的扩张、调节应灵活,不得有卡滞现象。 3.用于露出阴道内部供检查或手术。 4.型号规格：固定式，可调式，齿条式，带下烟道，带上烟道，上卡槽，下卡槽，绝缘，导光，可取样；（50-200）×（5-70），50mm-200mm。全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：阴道拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由头部和柄部组成，头部为钩形的手术器械。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：平，凹，柄式，板式，伞柄式，重锤，（0.5-2）kg，单头，双头，导光，绝缘，带吸引，大、中、小；（80-450）×（5-250）×（5-250），（80-450）×（5-250）；80mm-450mm。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于妇科手术时对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：扎丝（医用钢丝）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.采用符合GB4234中规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢材料制成。（如有最新标准，按最新标准执行） 2.型号规格：0.3-1.2 ， 全规格，可根据采购人要求提供。 3.供骨科内固定手术时作棒与脊柱的固定、钢板与碎骨的固定或胸外科手术时作胸骨合拢结扎用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：整形镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对尾部叠合的叶片组成，头部无钩或有钩。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：普通型、精细型；有钩、无钩，1x2钩，2x3钩，3x4钩，直，弯，平台，有齿，无齿、凹凸齿，（50-250）×（0.2-3），50-250mm。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于烧伤(整形)手术时夹持组织。（120*0.6，直，有齿等规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：整形镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由一对尾部叠合的叶片组成，头部无钩或有钩。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：普通型、精细型；有钩、无钩，1x2钩，2x3钩，3x4钩，直，弯，平台，有齿，无齿、凹凸齿，（50-250）×（0.2-3），50-250mm。全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于烧伤(整形)手术时夹持组织 （150*0.6，直，有钩 等规格）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：直角拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.直角拉钩由头部、杆部和手柄组成,有双头和单头两种。一般采用不锈钢材料制成。可重复使用 2.直角拉钩的外形应整齐、对称,不应有明显的偏歪、扭曲,不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。直角拉钩头部中心与手柄应在同一条中心线上,不应有明显的偏斜。 3.用于手术时牵拉组织、皮肤。型号规格：双头2*1,双头,单头,平,凹,瓦形；(80-350)×(5-120)×(5-120),80mm-350mm（长度5mm为一档）全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：直角气管钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.气管钳由两片钳体由销轴在颞部铆接而成。头端采用竖齿无损伤设计，柄部带有锁止牙。采用不锈钢材料制成。不在内窥镜下使用，非无菌提供，可重复使用。</p> <p>2.产品性能:气管钳外形应整齐、对称,不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等缺陷。钳子唇头齿应清晰,不应有缺齿、烂齿及毛刺。钳子在开闭过程中应轻松灵活,不应有卡塞现象。钳子头部两片闭合时,唇头齿应吻合,不应有错齿、卡塞、偏歪现象。</p> <p>3.用于外科手术中夹持气管或支气管。型号规格：直,弯,角弯,直角,竖齿,横齿；(100-350)×(0-10)，(100-350)×(0-10)×(1-80)；100-350mm(长度5mm为一档)全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：止血钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：80-350mm（长度2mm为一档）（12.5cm弯、14cm弯、140，弯，全齿 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.适用范围：用于夹持人体内血管、组织以止血。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：止血钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		36cm，双关节DeBakey，弧高弯15mm，有锁扣，5mm杆径。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：止血钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：80-350mm(长度2mm为一档)(18cm弯、18cm直等规格)全规格,可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于夹持人体内血管、组织以止血。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：止血钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：80-350mm（长度2mm为一档）（125，直，全齿，精细、125，弯、220,直，全齿，有钩、220,弯，全齿有钩、220*R50*9*2.5，圆弯头，扁桃体、胸腔，200*2.7，圆弯R45*10（微弯） 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于夹持人体内血管、组织以止血。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：止血钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 2.型号规格：80-350mm（长度2mm为一档）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于夹持人体内血管、组织以止血。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：主动脉阻断钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.全长(L):140mm(小儿)、160/180mm(常规)、210/230mm(成人)、250/290mm(大血管/深腔)。 2.钳头尺寸(宽×长):宽30-100mm、长40-145mm；标准35-70mm,大血管100-145 mm。 3.钳头角度：45°/54°/60°/90°（60° 最常用）,分直头、角弯、圆弯、左 / 右弯。 4.齿型：DeBakey 齿（1×2/2×3 凹凸齿）,无损伤, 5.柄型：直柄 / 弯柄,带棘轮锁扣(6-12 齿),可控夹紧力。(220,弯等规格)全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：主动脉阻断钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.全长（L）：140 mm（小儿）、160/180 mm（常规）、210/230 mm（成人）、250/290 mm（大血管 / 深腔）。 2.钳头尺寸（宽 × 长）：宽 30-100 mm、长 40-145 mm；标准 35-70 mm，大血管 100-145 mm。 3.钳头角度：45°/54°/60°/90°（60° 最常用）,分直头、角弯、圆弯、左 / 右弯。 4.齿型：DeBakey 齿（1×2/2×3 凹凸齿），无损伤， 5.柄型：直柄 / 弯柄，带棘轮锁扣（6-12 齿），可控夹紧力。（160，弯等规格）全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：主动脉阻断钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.全长(L):140mm(小儿)、160/180mm (常规)、210/230mm(成人)、250/290mm(大血管/深腔)。 2.钳头尺寸(宽×长):宽30-100mm、长40-145mm；标准35-70 mm，大血管100-145mm。 3.钳头角度：45°/54°/60°/90°(60°最常用)，分直头、角弯、圆弯、左 / 右弯。 4.齿型：DeBakey 齿（1×2/2×3 凹凸齿），无损伤， 5.柄型：直柄 / 弯柄，带棘轮锁扣（6-12 齿），可控夹紧力。（160*35，直头，弯柄等规格）全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：助行器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.带轮助行器（轮式助行架 / 助行车）材质为铝合金 2.净重 2.5-10kg 3.扶手高度 70-100cm ，可调 4.最大承重 ≥100kg 5.轮径≥5英寸，两轮
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：注吸器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.注吸器有注吸器头、管和尾座组成，可重复使用 2.型号规格：6＃，7＃，8＃，9＃，0.3-1.5mm，双并管，反向双并管，孔径0.2-1.0 mm，12点钟，反向12点钟，超乳，白内障，10mm-100mm。全规格，根据采购人使用需求进行供货。 3.注吸器在眼科手术中用于抽吸皮质组织以及冲洗等操作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抓钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由钳头、外套管、中心杆部件、手柄部件组成，头部有鳄形、锯齿、环形、子弹头、钝头细齿、钝头粗齿、尖头弯碗形等，通常由不锈钢材料制成，手柄由塑料制成。可重复使用。 2.型号规格:鳄口、锯齿、环形、子弹头、钝头，细齿、粗齿、尖头、弯、直、三角头、中空、碗形、单开、双开、无损伤、圆头、棘齿、双齿、大型、鼠齿、犬齿、取石；80 mm-300mm（长度5mm为一档）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于肛肠科手术时，夹持组织。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：椎板剥离器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.由头部和柄部组成，柄的顶端可为椭圆形或弧形。可重复使用。 2.型号规格：1#-40#，直头，上弯、下弯、左弯、右弯，弯头，微弯，深弯，角弯，锐、钝，平头，圆头，半圆头，球头，尖头，钝头。（220*15 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于手术时剥离或分离粘膜、组织。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：椎板拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.包含有自锁式结构，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：小、中、大，带齿，无齿，单侧，双侧，尾部上翘型，深部，脊柱板；(100-400)×(1-100)×(1-150)，(100-400)×(1-100) ，(1-150)×(1-100)；100-400mm（长度5mm为一档）。（大，175*28*100 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：椎板拉钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.包含有自锁式结构，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：小、中、大，带齿,无齿,单侧，双侧，尾部上翘型，深部，脊柱板；(100-400)×(1-100)×(1-150),(100-400)×(1-100),(1-150)×(1-100)；100-400mm（长度5mm为一档）。（200× 25×80 ，尾部上翘型 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：椎板牵开器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.自锁式手术器械，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：单侧、双侧；左板右钩、左钩右板、左钩右钩、左板右板，左板，右板，（2-150）×（2-100）；单钩，双钩。（300，活动式，5*6，钝钩，钩深45 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：椎板牵开器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.自锁式手术器械，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：单侧、双侧；左板右钩、左钩右板、左钩右钩、左板右板，左板，右板，（2-150）×（2-100）；单钩，双钩。（210×40×6，单钩，钝钩，直角弯等规格）全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：椎板咬骨钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由钳柄、钳头、弹簧片和腮轴螺钉组成，型式可有单关节、双关节、颅骨。其中单关节咬骨钳钳头可分为直型和角（前）弯型，双关节咬骨钳钳头有直型、角（前）弯型和棘突型。头部采用不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：普通型，超薄型，反扣式，超硬膜，大开口，转换式，可拆式，弧形，阶梯式上弯、阶梯式左弯、阶梯式右弯，(50-400)×(1-10)×(0-180)°，(50-400)×(1-10) /（0-20）×(0°-180°)，50mm-400mm。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于咬除死骨或软组织息肉或修整骨残端。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫刮匙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由刮匙头。刮匙颈与刮匙柄组成。采用金属材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：锐，钝；180-350mm（长度2mm为一档），（280*7等规格）全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫刮匙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由刮匙头。刮匙颈与刮匙柄组成。采用金属材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：锐，钝；180-350mm（长度2mm为一档），（300*15，锐、环形八角板等规格）全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫刮匙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由刮匙头。刮匙颈与刮匙柄组成。采用金属材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：锐，钝；180-350mm（长度2mm为一档），（280*4(4#)等规格）全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫夹持钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由钳头、钳柄、锁齿和指圈组成。通常由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.子宫夹持钳外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲等现象，外表面应光滑，不应有锋棱（刃口除外）、毛刺、裂纹等缺陷。子宫夹持钳应有良好的弹性和牢固性。子宫夹持钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合，不应有卡塞、偏歪现象。子宫夹持钳唇头齿应清晰，不应有缺齿、烂齿和毛刺；锁止牙应完整、无锋棱、毛刺。 3.用于妇产科切除、夹持、固定、牵拉子宫、阴道、组织等。 4.型号规格：直，弯，直角，角弯，微弯，中弯，大弯(1-180)°，双弯，侧弯，左弯，右弯，单爪，双爪，三爪，四爪，五爪，六爪，有钩，无钩，镀金圈；（80-400）×（1-80），（80-400）×（20-120）×（1-80），（80-400）×（0-180°）×（1-80）；80mm-400mm。（220弯 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫颈活体取样钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.有钳头、钳柄、锁齿和指圈组成，由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：长圆形，圆头，盖板式，管式，转换式，120-300mm（长度2mm为一档）。（管式，长圆头 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于妇产科切除，夹持，固定、牵拉子宫、阴道、组织等。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫颈活体取样钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.有钳头、钳柄、锁齿和指圈组成，由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：长圆形，圆头，盖板式，管式，转换式，120-300mm（长度2mm为一档）。（180，盖板式，长圆形等规格）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于妇产科切除，夹持，固定、牵拉子宫、阴道、组织等。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫颈扩张器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.由手柄装置、U型变幅杆、紧固装置和钩板组成。由金属材料制成。可重复使用。 2.型号规格：尖圆头，圆头，1#-50#，150-250mm（长度5mm为一档）全规格，可根据采购人要求提供。 3.用于扩张子宫颈、牵开及固定会阴组织口。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫颈扩张器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.由手柄装置、U型变幅杆、紧固装置和钩板组成。由金属材料制成。可重复使用。</p> <p>2.子宫颈扩张器外表面应光滑，不得有裂纹、锋棱、毛刺、凹陷等缺陷。子宫颈扩张器的标线标志应清晰、明显。子宫颈扩张器的头部应圆滑，用脱脂棉擦拭后，不应有纤维拉出。</p> <p>3.用于扩张子宫颈、牵开及固定会阴组织口。</p> <p>4.型号规格：尖圆头、圆头，1#-50#；150-250mm。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫颈钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.有钳头、钳柄、锁齿和指圈组成，由不锈钢材料制成，可重复使用。</p> <p>2.型号规格：直，弯，侧弯，2×3齿，3×4齿，4×5齿，5×6齿，6×7齿，7×8齿，8×9齿，9×10齿；160-300mm（长度2mm为一档）。（250弯 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.适用范围：用于妇产科切除，夹持，固定、牵拉子宫、阴道、组织等。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：子宫探针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.带有刻度尺的细棒。由金属或非金属材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：直、弯；220-350mm（长度2mm为一档）全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于插入子宫腔内确定子宫的深度。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自动牵开器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.手动操作、自锁式手术器械，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。各拉钩插头应能顺利插入牵开器连接孔中，各拉钩插孔应能迅速配入牵开器定位销上，并被卡住，拉钩能灵活转动，也能顺利从牵开器上取出。颧轴螺钉应牢固地固定在牵开器的一片上，当牵开器开闭时，螺钉不得跟动。</p> <p>3.用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。</p> <p>4.型号规格：头部用、腹部用、手部用等，（1-5）×（2-6）齿，单臂，双臂，三臂，单向，多向，全向，50-300mm。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自动牵开器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.手动操作、自锁式手术器械，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：头部用、腹部用、手部用等，（1-5）×（2-6）齿，单臂，双臂，三臂，单向，多向，全向，50-300mm。全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：综合组织剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：直（型），弯（型），角弯，双弯，微弯，深弯，上弯，下弯，左弯，右弯，圆刃，直尖，直圆，直尖圆，弯尖，弯圆，弯尖圆，扁平，弯杆，角弯杆，通孔，扒杆，中棱，镶片，带齿，不带齿，枪形，膝状，S型，特快型，超硬膜，镀金圈，普通，精细，轻柔型，综合，指圈；（80-350）×（0-180）°，（80-350）×（0-10）；80mm-350mm（长度5mm为一档）。（18cm 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于剪切人体组织、皮肤。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组织剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：直（型），弯（型），角弯，双弯，微弯，深弯,上弯,下弯，左弯，右弯，圆刃，直尖，直圆，直尖圆，弯尖，弯圆，弯尖圆。全规格,可根据采购人要求提供。</p> <p>3.适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组织剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。</p> <p>2.组织剪外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱（刃口除外）、毛刺、裂纹等缺陷。螺钉应牢固的固定在左片上，当闭合或打开时螺钉不应跟动。组织剪刀口不应有崩刃，在闭合或打开时不应有咬口或卡住现象。</p> <p>3.用于剪切人体组织、皮肤。</p> <p>4.型号规格：直（型），弯（型），角弯，双弯，微弯，深弯，上弯，下弯，左弯，右弯，圆刃，直尖，直圆，直尖圆，弯尖，弯圆，弯尖圆，扁平，弯杆，角弯杆，通孔，扒杆，中棱，镶片，带齿，不带齿，枪形，膝状，S型，特快型，超硬膜，镀金圈，普通，精细，轻柔型，综合，指圈；(80-350)×(0-180)°，(80-350)×(0-10)；80mm-350mm。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组织镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由一对尾部叠合的叶片组成。镊端有齿，有粗齿和细齿之分。采用不锈钢材料制成。可重复使用</p> <p>2.外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。镊子的唇头齿、唇头钩应完整无损。当镊子捏合后，头部应完全吻合。</p> <p>3.用于夹持人体组织。</p> <p>4.型号规格：直，弯，角弯，（0-180）°，带台，不带台，精细型；（1-8）×（2-9）钩，凹凸齿，带齿，无齿，有钩，无钩，枪状，膝状，镶片，(80-350)×(0.2-10.0)；80mm-350mm。全规格，可根据采购人要求提供。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组织镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由一对尾部叠合的叶片组成，镊端有齿,有粗齿和细齿之分,采用不锈钢材料制成，可重复使用。</p> <p>2.型号规格：直,弯,角弯（0-180）°,凹凸齿,带齿,无齿,有钩,无钩,枪状,膝状,镶片；(80-350)×(0.2-10.0)；80mm-350mm(长度5mm为一档)全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于夹持人体组织。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组织钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.由钳喙、关节和钳柄组成，头部呈拱形，相对成抱口，顶端相吻合处有竖齿，尾部为指圈，两指圈间锁止牙，穿腮后用铆钉连接固定。可重复使用。</p> <p>2.型号规格：滑板式，弯，直，钳式，T形，尖圆头，管式，左弯，右弯，盖板式，直长圆头，角弯，长圆头；100-260mm（长度2mm为一档）。（18cm 等规格）全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于手术中夹持皮肤、筋膜等组织。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钻颅吸引针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.为中空弯形管。采用不锈钢材料制成。</p> <p>2.型号规格：直形、弯形， 全规格，可根据采购人要求提供。</p> <p>3.用于吸引废液。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同小微企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表</p>
---	-----------------------	------------------	--------	--	---

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部

门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	<p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p>	<p>开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表</p>
---	----------	--	--------	--	---

三.评标程序

1.符合性审查

- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包B（其他耗材类）

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					封面 目录 具备履行合同所必需

	技术指标	<p>1.根据招标文件技术参数，对投标文件技术偏离表的响应程度进行评审。供应商所投设备参数完全满足招标文件技术参数要求的，得30分。</p> <p>2.招标文件中标记“★”的技术参数为实质性条款，任何一条出现不满足、负偏离，或未按要求提供佐证材料的，视为无效投标。</p> <p>3.标记“▲”的技术参数为重要参数，每有一条不满足或负偏离的扣1分，扣完为止；无标识的为一般参数，每有一条不满足或负偏离的扣0.5分，扣完为止。注：（1）招标文件中标记“★”的实质性条款，需提供承诺书，格式自拟。（2）标记“▲”的重要参数须提供产品技术佐证材料，如产品彩页、技术白皮书、产品说明书、检测报告、官方网站查询截图、承诺书等真实有效的佐证材料。投标人应在技术偏离表内备注佐证材料对应的具体页码；未附相关佐证材料，或所提供佐证材料无法真实反映对应参数要求的，视为该参数不满足或负偏离。（3）所提供的佐证材料应准确标示材料所在位置；因材料模糊不清等影响评审的，该项不得分。</p>	30.0000	客观	<p>设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>关于符合本国产品标准的声明函</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>本国产品成本比例声明表</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
					<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需</p>

				设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
项目实施方案	根据投标人提供的项目实施方案，包含：①总体服务方案、②实施主要计划、③实施工作流程、④项目实施团队配备。内容完整、逻辑清晰、无缺陷、贴合项目实际，得8分。 每缺少一项内容扣2分；每存在一处内容缺陷、逻辑混乱、脱离项目实际的，扣1分；本项分值扣至0分为止，不负扣分。（注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱、不完整指内容具有明显缺失、前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离本项目实施现状，不利于采购人组织实施。）	8.0000	主观	
				封面 目录

技术评审	质量保障方案	根据投标人提供的质量保障方案，包含：①货物质量有效期保障方案，②货物整体质量的安全性，②货物整体质量的稳定性，③货物整体质量的稳定性，④货物质量风险识别及应对方案。内容完整、逻辑清晰、无缺陷、贴合项目实际，得6分。每缺少一项内容扣1.5分；每存在一处内容缺陷、逻辑混乱、脱离项目实际的，扣1分；本项分值扣至0分为止，不负扣分。（注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱、不完整指内容具有明显缺失、前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离本项目实施现状，不利于采购人组织实施。）	6.0000	主观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录

					具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	供货及配送 方案	根据投标人提供的供货及配送方案，须包含：①供货及配送进度安排及保证措施，②供应链稳定性方案，③配送运输计划方案（仓储、包装、运输、人员及车辆配备），④运输风险预防及损坏处理方案。内容完整、逻辑清晰、无缺陷、贴合项目实际，得4分。 每缺少一项内容扣1分；每存在一处内容缺陷、逻辑混乱、脱离项目实际的，扣0.5分；本项分值扣至0分为止，不负扣分。（注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱、不完整指内容具有明显缺失、前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离本项目实施现状，不利于采购人组织实施。）	4.0000	主观	
					封面 目录

				具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
退换保障承诺	根据投标人提供的退换保障承诺，须包含：①产品包装破损退换保障承诺，②货物过期或临近有效期时退换保障承诺，③有效期内质量发生变化补货、退换保障承诺，④紧急情况的退换应对保障承诺。内容完整、逻辑清晰、无缺陷、贴合项目实际，得6分。每缺少一项内容扣1.5分；每存在一处内容缺陷、逻辑混乱、脱离项目实际的，扣1分；本项分值扣至0分为止，不负扣分。（注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱、不完整指内容具有明显缺失、前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离本项目实施现状，不利于采购人组织实施。）	6.0000	主观	
				封面

					目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托 书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函 封面
	售后服务方案	根据投标人提供完整的售后服务承诺，须包含：①售后服务流程，②备品备件售后保障方案；③临床急需耗材优先配送保障方案，④产品使用技术指导服务方案。内容完整、逻辑清晰、无缺陷、贴合项目实际，得6分。 每缺少一项内容扣1.5分；每存在一处内容缺陷、逻辑混乱、脱离项目实际的，扣1分；本项分值扣至0分为止，不负扣分。（注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱、不完整指内容具有明显缺失、前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离本项目实施现状，不利于采购人组织实施。）	6.0000	主观	

商务评审	类似业绩	投标人或所投设备生产厂家近三年(2023年7月-至今)同类项目业绩（二者只可选一类，不得混合计分），每提供一项得2分，最高得10分。不提供不得分。注：提供业绩合同以合同签订时间为准，提供合同原件的扫描件或复印件，	10.0000	客观	目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函 开标一览表

价格评审	价格评审	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声
------	------	---	---------	----	--

					明函
--	--	--	--	--	----

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表

					<p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
2	实施本国产品标准	<p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p>	20.00%	<p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p>	<p>开标一览表</p> <p>分项报价表</p> <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>关于符合本国产品标准的声明函</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>本国产品成本比例声明表</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的</p>

					书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
--	--	--	--	--	---

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包B（其他耗材类）

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表