

2026年度DNA实验室试剂耗材采购项目

询价通知书

采购单位名称：包头市公安局

采购代理机构名称：中智卓越项目管理有限公司

项目编号：BTZCS-X-H-260088

2026年04月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

中智卓越项目管理有限公司 受 包头市公安局 委托，采用询价方式组织采购 2026年度DNA实验室试剂耗材采购项目 。
欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 2026年度DNA实验室试剂耗材采购项目

项目编号： BTZCS-X-H-260088

采购计划备案号： 包政采计划[2026]01720

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 986,492.00

采购包最高限价（元）： 986,492.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	案件物证常染色体DNA扩增试剂盒-冻干版	1.00	23,370.00	盒	工业	否	否	否	否
2	案件物证常染色体DNA扩增试剂盒-快速版	1.00	16,800.00	盒	工业	否	否	否	否
3	案件物证常染色体DNA扩增试剂盒（A）	9.00	214,200.00	盒	工业	否	否	否	否
4	打拐人员样本DNA扩增试剂盒	2.00	47,600.00	盒	工业	否	否	否	否
5	案件物证常染色体DNA扩增试剂盒（B）	2.00	60,000.00	盒	工业	否	否	否	否
6	案件物证常染色体DNA扩增试剂盒（C）	3.00	66,000.00	盒	工业	否	否	否	否
7	案件物证常染色体DNA扩增试剂盒（D）	1.00	17,500.00	盒	工业	否	否	否	否
8	案件物证Y染色体DNA扩增试剂盒（A）	1.00	18,000.00	盒	工业	否	否	否	否
9	案件物证Y染色体DNA扩增试剂盒(B)	1.00	25,000.00	盒	工业	否	否	否	否

10	高纯HI-DI甲酰胺	10.00	5,000.00	瓶	工业	否	否	否	否
11	GA118-24B测序仪专用电泳胶（7mL）	20.00	100,000.00	瓶	工业	否	否	否	否
12	GA118-24B测序仪专用毛细管（36cm）	2.00	38,400.00	套	工业	否	否	否	否
13	超微量磁珠法DNA提取试剂盒（48次）	5.00	13,500.00	盒	工业	否	否	否	否
14	超微量磁珠法DNA提取试剂盒（96次）	30.00	159,300.00	盒	工业	是	否	否	否
15	全自动混合斑提取试剂盒（8次）	8.00	4,800.00	盒	工业	否	否	否	否
16	全自动混合斑提取试剂盒（16次）	20.00	19,200.00	盒	工业	否	否	否	否
17	骨骼专用磁珠法DNA提取试剂盒(KingFisher半自动核酸纯化仪专用)	1.00	2,880.00	盒	工业	否	否	否	否
18	DNA提取试剂盒（硅珠法）	3.00	12,000.00	盒	工业	否	否	否	否
19	DNA提取试剂盒(KingFisher半自动核酸纯化仪专用，48次)	3.00	5,472.00	盒	工业	否	否	否	否
20	中体系DNA提取试剂盒	5.00	2,400.00	盒	工业	否	否	否	否
21	PSA抗人精试纸条	5.00	6,000.00	盒	工业	否	否	否	否
22	FOB抗人血试纸条	1.00	1,100.00	盒	工业	否	否	否	否
23	植绒拭子（带套管）	2.00	3,800.00	盒	工业	否	否	否	否
24	植绒拭子（不带套管）	10.00	17,000.00	盒	工业	否	否	否	否
25	潜血显现试剂	5.00	2,750.00	套	工业	否	否	否	否
26	血液追踪试剂	3.00	13,500.00	盒	工业	否	否	否	否

27	脱落细胞粘取器（大号）	10 .0 0	8,200. 00	盒	工业	否	否	否	否
28	眼科剪刀	10 .0 00	5,300. 00	把	工业	否	否	否	否
29	眼科镊	10 .0 00	4,200. 00	把	工业	否	否	否	否
30	96孔板封口膜	15 .0 0	4,800. 00	包	工业	否	否	否	否
31	一次性口罩	50 .0 0	1,250. 00	盒	工业	否	否	否	否
32	一次性手套（丁腈）（L）	60 .0 0	3,000. 00	盒	工业	否	否	否	否
33	一次性手套（丁腈）（S）	60 .0 0	3,000. 00	盒	工业	否	否	否	否
34	一次性中单	10 .0 0	250.00	包	工业	否	否	否	否
35	一次性中单（中）	10 .0 0	320.00	包	工业	否	否	否	否
36	一次性中单（小）	10 .0 0	320.00	包	工业	否	否	否	否
37	蛋白酶K	10 .0 0	3,500. 00	瓶	工业	否	否	否	否
38	分子量标准品600-LIZ	2. 00	11,000 .00	盒	工业	否	否	否	否
39	DNA提取棉签（不带套管）	50 .0 0	3,000. 00	盒	工业	否	否	否	否

40	DNA提取棉签（带套管）	50 .0 0	3,000. 00	盒	工业	否	否	否	否
41	8排扩增管	50 .0 0	19,000 .00	盒	工业	否	否	否	否
42	8排扩增管平盖	50 .0 0	6,000. 00	盒	工业	否	否	否	否
43	96孔板	50 .0 0	11,500 .00	盒	工业	否	否	否	否
44	10ul移液吸头	10 0. 00	2,500. 00	盒	工业	否	否	否	否
45	1.5mlEP管	5. 00	125.00	盒	工业	否	否	否	否
46	15ml离心管	5. 00	175.00	盒	工业	否	否	否	否
47	无水乙醇	10 .0 0	480.00	瓶	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.供应商的资格要求

- 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1：合同包一

- 1、业绩情况：提供近3年内（2023年-2025年）同类业务同合2个

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

代理公司邮箱：zyzb6666@vip.163.com

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 中智卓越项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区包头市青山区内蒙古自治区包头市青山区友谊大街67号文化创意园A1806

邮编： 014030

联系人： 王玮琦

联系电话： 0472-6866021

采购单位名称： 包头市公安局

地址： 包头市青山区建设路191号

邮编： 014000

联系人： 徐瑞光

联系电话： 0472-3619755

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费用收费标准：按照中标金额1.5%收取
13	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名

21	中标候选人数量	采购包1：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	<p>1、特别提示： 1.1、本项目为电子标，制作投标响应文件时请到自治区采购网首页自行学习操作方法（网站上有操作视频），如遇问题无法解决可直接联系软件公司咨询，包头技术支持0472-5228689，内蒙古自治区财政厅技术支持：0471-4192304，内蒙古自治区金财公司技术支持400-0471-010。 1.2、由于本项目采用电子系统招标，采购文件为系统模板，根据具体项目的情况无法准确描述，部分内容只可填空，不可更改。所以采购文件中有不适用之处，敬请谅解。如有问题，请及时联系采购代理机构。 1.3、本项目为远程开标，供应商需提前半小时登录系统签到，开标时远程解锁、确认。开标过程中，各供应商必须保证电脑可正常登陆、解密及签章。本项目设置解密、签章确认响应时间均为30分钟，如供应商在规定时间内无法解密或签章，造成废标的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。 1.4、关于纸质投标文件的要求：供应商中标后，须在发布成交结果公告后提供与电子响应文件内容完全一致的纸质响应文件3份（用于备案存档）。纸质响应文件要求由响应文件制作工具直接双面打印（内容必须完整）、装订后并加盖单位公章及骑缝章，如与电子版响应文件内容不一致所引起一切法律责任及不良后果，由供应商自行承担，并记入诚信档案。打印注意事项：纸质响应文件要以胶装形式牢固装订。按招标文件“响应文件格式”的顺序装订成册，牢固装订是指装订好的响应文件不至于在翻阅时散开或用简单的方式将其中一项取出或将其他文件插入，各种活页装订、打孔式、塑料方便式书脊插入装订的不认为是牢固装订。 1.5、由于采购文件中《合同与验收》为固定模板，无法修改。本项目的合同条款及格式以实际签订内容为准。 2、报价说明： 2.1本次报价为下浮报价，报价包含货物本身、包装、仓储、运输、运输保险费、装卸、验收、退换货产生的费用、税金和伴随货物服务等有关一切费用。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则视为报价无效，否决其投标。 2.2投标报价不得超出招标文件中规定的最高限价，否则作为无效投标处理。 2.3评标委员会成员认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的投标报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会成员应当将其作为无效投标处理。 3、合同融资：为支持和促进中小企业发展，切实解决企业融资难问题，包头市政府采购项目已开通合同融资渠道，供应商中标后可通过中标合同向相关银行发起无抵押无担保融资申请，银行根据企业中标信息发放贷款，帮助企业解决融资问题。相关资料可查阅：http://39.104.85.103/zcdservice/zcd/neimeng。</p>

二.询价须知

1. 询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页

面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系

统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 包头市公安局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 中智卓越项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；
- (4) 参加人员对开启情况进行确认；
- (5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。 审查供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 1.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据。(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准) 2.提供递交响应文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证。(以专用收据或社会保险缴纳清单为准) 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据 金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。以信用中国和中国政府采购网查询为准。
7	联合体响应（若有）	本项目不接受联合体投标。

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
业绩情况	提供近3年内（2023年-2025年）同类业务同合2个

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书

是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

采购内容：DNA实验室试剂耗材

主要功能或目标：为保障DNA实验室工作正常运行，满足生物检材检验需求，结合上年度试剂耗材使用情况，现需采购2026年度DNA实验室日常工作所需试剂耗材1批，确保证据鉴定结果的准确性与可靠性，以支撑案件侦破和司法公正。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	在合同签订后根据采购人订单分批次供货，接收到采购计划后7日内供货
2	★	标的提供地点	采购单位要求交货地点
3	★	合同履行期限	合同签订后一年或供货金额达到合同金额，签订合同之日起至质保期结束
4	★	合同履行地点	采购单位要求交货地点
5	★	验收要求	根据合同验收内容及国家相关规定进行验收。 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起20日内组织验收。 履约验收程序：采购人根据国家有关规定、采购文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如有质量问题，发现不符合采购要求的，中标人须无条件进行退换，经两次退换后仍无法达到采购人采购要求的，采购人可依据合同约定的方式进行处理。
6	★	合同支付方式	1、合同签订后，中标人所供货物金额达到合同总金额的60%时，并且所供货物验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的60.00% 2、中标人所供货物金额达到合同总金额的100%，所供货物验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8	★	其他	技术标准与要求中“★”实质性响应参数： 要求提供佐证材料的应在技术偏离表中备注佐证材料对应页码（如：P1页***文件第几条佐证）,未按要求备注页码、标注佐证文件条款，或备注内容所提供的佐证文件、佐证材料未点对点对应、模糊不清等影响评审情况的视为未提供佐证材料，因未按要求填写引起的一切后果由投标单位承担。）

9	★	其他	<p>样品检测与合同签订条款（需提供承诺函）</p> <p>1、中标供应商应在收到中标通知书后 7 日内联系采购单位，将采购清单 1-20 项对应的投标货物试用样品送达采购方指定地点，并派工作人员到场配合开展样品检测工作。</p> <p>2、采购方将依据采购文件技术要求及供应商投标响应文件承诺的技术参数指标，对样品进行检测验收，检测验收合格后方可签订合同。</p> <p>3、若样品检测结果未达到采购文件技术要求及投标承诺指标，采购方有权拒绝签订合同，由此产生的一切责任及损失均由供应商自行承担。</p> <p>4、供应商须在合同签订前，按采购方要求完成样品测试、相关资料提交及各项配合工作，不得以任何理由拖延、拒绝或附加额外条件。</p> <p>5、因供应商原因导致未能按期签订合同或合同无法正常履行的，视为供应商违约，采购方有权取消其中标资格，并按相关规定追究其违约责任。</p>
10	★	其他	<p>一、售后总体要求</p> <p>1.供应商须具备完善的售后服务体系，配备专业技术人员，确保售后响应及时、处理高效，全程配合招标单位DNA实验室的日常工作及应急需求。</p> <p>2.售后服务须严格遵循国家医疗器械、实验室试剂耗材相关法规及本招标文件要求，保障所供产品质量合格、使用正常，解决采购单位在产品使用过程中的各类问题。</p> <p>3.供应商承诺所供产品均为符合招标参数及国家相关标准的合格产品，若出现质量问题、规格不符、失效变质等情况，须无条件按要求处理，不得推诿拖延。</p> <p>4.所有售后服务记录须留存完整，包括响应时间、处理过程、解决结果等，供采购单位核查，确保售后可追溯。</p> <p>5.售后服务过程中，供应商工作人员须遵守采购单位实验室规章制度，做好个人防护、无菌操作，避免造成实验室污染或设备损坏。</p> <p>二、具体售后服务内容</p> <p>（一）质量问题售后处理</p> <p>1.产品验收时，若发现产品包装破损、漏液、变质、规格不符、批号过期，或与招标参数不一致，供应商须在24小时内响应，3个工作日内完成退换货，产生的运输、仓储等所有费用由供应商承担。</p> <p>2.产品使用过程中，若出现试剂失效、耗材破损（非人为损坏）、性能不达标（如检测结果异常、试剂变性、离心管爆裂等），采购单位反馈后，供应商须在12小时内给出解决方案，如需退换货，7个工作日内完成，确保不影响实验室正常检测工作。</p> <p>3.因产品质量问题导致实验失败、样本污染或检测结果异常的，供应商须配合采购单位分析原因，承担相应责任（包括但不限于免费更换产品、补偿实验损耗样本及试剂耗材），并提供预防措施。</p> <p>（二）技术支持服务</p> <p>1.供应商须提供专业的技术支持。</p> <p>2.根据采购单位需求，供应商须提供免费技术培训，内容包括产品使用方法、注意事项、储存要求、常见问题处理等，培训可采用线上或线下形式，确保实</p>

		<p>实验室工作人员熟练掌握产品使用技能。</p> <p>3.针对特殊试剂耗材（如扩增试剂、测序等相关试剂等），供应商须提供详细的使用说明书、检测报告及操作指导，必要时可派技术人员现场指导操作。</p> <p>（三）供货及补货服务</p> <p>1.供应商须严格按照采购合同约定的交货期供货，若因自身原因导致供货延迟，须提前48小时告知采购单位，并说明延迟原因及预计到货时间；延迟超过3个工作日的，采购单位有权追究违约责任。</p> <p>2.采购单位因实验需求增加，需紧急补货时，供应商须优先安排，确保常规耗材48小时内到货，特殊试剂72小时内到货（偏远地区可适当延长，提前沟通确认）。</p> <p>3.产品储存有特殊要求（如2-8℃冷藏、避光保存等）的，供应商须在运输过程中采取相应的保温、避光措施，确保产品运输过程中质量稳定，运输过程中因储存不当导致产品失效的，由供应商承担全部责任。</p> <p>（四）退换货及质保服务</p> <p>1.所有产品质保期不少于产品标注的有效期，质保期内出现质量问题，供应商须无条件免费退换货，质保期外可提供优惠的维修、更换服务。</p> <p>2.采购单位因实验方案调整、采购计划变更等原因，需退换未开封、未过期、包装完好的产品（不影响二次销售），供应商须予以配合，退换货产生的合理费用协商解决。</p> <p>3.退换货过程中，供应商须及时核对产品数量、规格，确保退换货准确无误，不影响采购单位正常工作。</p> <p>（五）其他售后服务</p> <p>1.供应商须提供完整的产品质量证明、检测报告、合格证等相关资料，若采购单位需要，须配合提供产品相关资质文件的复印件（加盖公章）。</p> <p>2.若产品存在召回情况，供应商须第一时间通知采购单位，配合完成召回工作，并免费更换合格产品，承担相应损失。</p>
--	--	---

11	★	其他	<p>三、售后响应及处理时限</p> <p>1.紧急问题（如试剂失效、耗材破损导致实验中断）：响应时间≤12小时，解决方案≤24小时，退换货≤7个工作日。</p> <p>2.一般问题（如技术咨询、常规退换货）：响应时间≤24小时，解决方案≤48小时，退换货≤7个工作日。</p> <p>3.技术培训：采购单位提出需求后，供应商须在7个工作日内安排培训（线上/线下）。</p> <p>4.逾期未响应或未按要求处理售后问题的，采购单位有权扣除相应履约保证金，并追究供应商违约责任。</p> <p>四、违约责任</p> <p>1.供应商未按约定提供售后服务、未及时处理质量问题，导致采购单位实验室工作中断或损失的，须承担相应的赔偿责任。</p> <p>2.产品质量不符合招标参数及国家相关标准，经核实后，供应商须无条件退换货，并承担由此产生的一切损失；情节严重的，采购单位有权终止合同，并追究其违约责任。</p> <p>3.供应商未按约定供货、补货，导致采购单位实验无法正常进行的，须承担相应的赔偿责任。</p> <p>4.中标供应商如被发现存在篡改检测报告、提供虚假材料、实物与投标文件不符等虚假应标情况，取消其中标资格，并严格按照《中华人民共和国政府采购法》相关要求，抄送财政部及市场监督管理部门，追究法律责任。</p> <p>5.验收不合格。货物验收不合格的，中标供应商应在30个日历日内提出采购人可接受的解决方案并完成整改提交复验申请，采购人同意后可适当延长整改期限，中标供应商无法整改或拒不整改或复验2次以上不合格的，采购人可选择解除合同、降低货物价款、退货并要求赔偿损失等方式进行处理。</p>
12	★	其他	<p>1.知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用投标供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。</p> <p>2.中标人应保证招标代理公司和用户不受到第三方关于侵犯专利权及其他知识产权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿招标代理公司和用户的损失。</p> <p>3.项目参与方应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确，对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。</p>

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：案件物证常染色体DNA扩增试剂盒-冻干版

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、试剂盒规格为400人份/盒（10ul体系），试剂盒为固态试剂形态，可常温运输。试剂盒包含阳性对照、分子量内标、Ladder等。（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
2	★	采用六色或六色以上荧光技术，一次性同时扩增的基因座必须至少包含以下25个位点，包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，包含的基因座：D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、PentaE、PentaD、Amelogenin；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
3		试剂盒中至少包含20个新CODIS核心位点，且扩增片段长度均小于425bp。
4		至少包含12个扩增长度小于250bp的Mini位点。
5		试剂盒可全体系加样（不包含Yindel和Amel）（10ul体系下进行配比扩增实验，模板最高添加比例为10ul,可占全部扩增体系的100%）。
6		扩增产物中须包含至少2个内控质量参考标记物。
7	★	应具备较强抗抑制能力：在DNA模板中含有腐殖酸时（可参考：腐植酸浓度大于等于150ng/μL），不影响STR分型；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
8	★	检测限：在DNA模板量低时（可参考：阳性对照小于等于0.125ng，约20copy），可获得完整的基因分型，不得丢失位点或等位基因；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
9		扩增时间不超过80分钟（28个循环）；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：案件物证常染色体DNA扩增试剂盒-快速版

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	试剂盒可单管同时扩增不少于25个基因座，包括不少于23个常染色体STR基因座，1个性别位点AMEL和1个Y染色体插入缺失Y-indel，包含的基因座：D18S51,FGA,D21S11,D8S1179,VWA,D13S317,D16S539,D7S820,TH01,D3S1358,D5S818,CSF1PO,D2S1L338,D19S433,D1S1656,D12S391,D2S441,D10S1248,TPOX,D22S1045,D6S1043,PentaE,PentaD。（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
2		试剂盒中至少包含20个新CODIS核心位点，扩增片段长度小于425bp；
3		试剂盒包含2个内控质量参考标记物；
4	★	试剂盒至少包含10个扩增长度小于250bp的Mini位点；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
5		试剂盒规格：100人份/盒（以25ul体系计算）。
6		试剂盒包含扩增所需全部试剂（阳性对照、内标、Ladder、扩增用水等）
7	★	试剂盒扩增时间小于30分钟(28个循环)。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：案件物证常染色体DNA扩增试剂盒（A）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	试剂盒规格：200人份/盒（以25ul体系计算）；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
2		试剂盒包含扩增所需全部试剂：阳性对照、分子量内标、Ladder等。
3	★	采用六色或六色以上荧光技术，一次性同时扩增的基因座必须至少包含以下25个位点，包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，包含的基因座：D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、PentaE、PentaD、Amelogenin；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
4		试剂盒中至少包含20个新CODIS核心位点；
5	★	至少包含12个扩增长度小于250bp的Mini位点；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
6		扩增产物中须包含至少2个内控质量参考标记物；
7	★	具备较强抗抑制能力：在DNA模板中含有腐殖酸时（参考：腐殖酸浓度大于等于150ng/μl），不影响STR分型；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
8	★	灵敏度：在DNA模板量低时（参考：阳性对照小于等于0.125ng，约20copy），可获得完整的基因分型，不得丢失位点或等位基因；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
9		扩增时间不超过80分钟（28个循环）；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：打拐人员样本DNA扩增试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：200人份/盒(以25ul体系计算)，包含PCR扩增反应所有组份，试剂盒采用六色荧光标记技术；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
2	★	试剂盒试剂盒至少包含30个位点，如下：D3S1358、D13S317、D7S820、D6S1043、D2S1338、D3S3045、D22S1045、D19S433、D1S1656、D8S1179、vWA、PentaD、D8S1132、TPOX、D18S51、TH01、PentaE、D19S253、D15S659、D10S1248、D12S391、CSF1PO、FGA、D6S477、D2S441、D5S818、D21S11、D16S539、D10S1435、Amelogenin。（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
3	★	适用于各类血卡、FTA卡、唾液卡等样本的直接扩增；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
4		试剂盒中包含的20个公安部核心位点，扩增片段长度小于460bp；
5		STR试剂盒须含有至少1个Y染色体基因座；
6		扩增产物中须包含至少2个内控质量参考(IQCS,IQC)标记物；

7	★	至少包含10个扩增长度小于250bp的Mini位点；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
8		在25ul扩增体系中试剂盒的检测灵敏度为125pgDNA模板量；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：案件物证常染色体DNA扩增试剂盒（B）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：200人份/盒（以25uL体系计算）（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
2	★	包括不少于24个STR位点和不少于1个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（IQC）；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
3	★	试剂盒中至少包含的20个新CODIS核心位点，扩增片段长度小于425bp；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
4		扩增产物中须包含内控质量参考（IQC）标记物；
5		采用六色荧光技术。
6		在25ul扩增体系中，可按5-10微升扩增体系，可完成500-1000次检测反应。
7		包含不少于10个扩增长度小于250bp的Mini位点；
8		PCR扩增时间不超过80分钟。
9		在25μl扩增体系中，模板加样量最大可加样17.5μl；
10	★	灵敏度：样本浓度在低时（参考：阳性对照小于等于0.125ng）条件下可获得完整分型结果；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
11	★	抑制能力：在常见抑制物腐殖酸存在（参考：腐殖酸浓度大于等于150ng/ul）的情况下依旧能获得完整分型结果；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：案件物证常染色体DNA扩增试剂盒（C）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：200人份/盒（以25uL体系计算）（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）
2	★	试剂盒采用六色荧光技术，至少包含以下23个常染色体基因座：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、PentaD、PentaE、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248。（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）
3		试剂盒包含1个性别基因座Amelogenin，1个Y染色体插入缺失片段Yindel和2个内控质量参考；
4		试剂盒全部基因座最大扩增片段不超过425bp,且至少包含14个小于250bp的基因座；

5		试剂盒采用10uL体系扩增时最大加样量7μL；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）
6		试剂盒适用于各类纯化后的DNA样本，也可直接扩增WhatmanFTA血卡/唾液卡、常规血卡/唾液卡和口腔拭子等。
7		扩增时间小于90分钟。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：案件物证常染色体DNA扩增试剂盒（D）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：200人份/盒（以25uL体系计算）（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）
2	★	试剂盒采用六色荧光标记技术。为保证检测足够多的基因座信息，试剂盒须至少包含如下25个基因座，试剂盒必须包含如下基因座：D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、vWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、PentaE、PentaD、SE33、Amelogenin。（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）
3		为加强男性样本在排查中的识别率，所投STR检验试剂盒须含有1个或1个以上Y-indel位点；
4		试剂盒最大扩增片段小于475bp，至少包含10个小于250bp的mini-STR基因座；
5		90分钟内完成PCR扩增。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：案件物证Y染色体DNA扩增试剂盒（A）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	检测试剂盒采用六色荧光标记技术，一次检测不少于48个Y染色体STR基因座，至少包含：《GBT41009-2021基因座及数据结构》规定的20个A类基因座（DYS19、DYS385a/b、DYS389I、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y_GATA_H4、DYS481、DYS533、DYS576）和15个B类基因座（DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1ab、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596）；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）
2	★	规格：100人份/盒（以25uL体系计算）；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）
3	★	试剂盒包含不少于3个Y-indel基因座；（提供产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）
4		扩增产物中须包含内控质量参考标记物；
5		试剂盒需包含不少于10个扩增长度小于250bp的Mini-STR位点，最大扩增片段长度不超过650bp；
6		试剂盒PCR扩增时间不超过90分钟；

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：案件物证Y染色体DNA扩增试剂盒(B)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	采用试剂盒为六色荧光技术，至少包含40个Y-STR基因座，必须包含公安部要求的20个核心基因座和15个优选基因座，多出的基因座必须涵盖在公安部建议基因座中。核心基因座20个：DYS19、DYS385、DYS389I、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS456、DYS458、DYS448、DYS635、GATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576。优选基因座15个：DYS643、DYS460、DYS549、DYS449、DYS518、DYF387S1、DYS627、DYS570、DYS527、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596；（核心基因座20个小于350bp，15个优选基因座小于500bp）（提供所投产品生产厂家官方网站产品彩页或检测报告或产品说明书等，并清晰标明符合性条款所在位置）
2	★	规格：100人份/盒（以25uL体系计算）
3	★	试剂盒至少包含3个Y-indel；
4		最大检测片段小于520bp，内含不少于14个Mini-STR(扩增子长度在250bp以下)；
5		扩增产物中含不少于2个内部质量参考（IQCS，InternalQualityControl）；
6		扩增时间不超过70分钟；
7	★	试剂盒具有较高的检测灵敏度（参考：在25ul扩增体系中，可扩增小于等于125pgDNA模板量）；
8		可在10ul扩增体系中，模板占比不低于70%（案件检材中，对低浓度模板尽可能获得有效分型，在10ul扩增体系中，模板添加量占比不低于总体积的70%）
9		在具有高女性背景的情况下（参考：男性：女性=1:2000（女性1ug摄入量）时，仍可分辨获得完整的Y-STR分型信息）；

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：高纯HI-DI甲酰胺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：25mL/瓶，国产高纯度去离子试剂
2		可完美匹配GA118-24B基因分析仪毛细管电泳
3		保证预混稳定性，混合内标2-8℃，稳定存储至少20天

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：GA118-24B测序仪专用电泳胶（7mL）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		GA118-24B测序仪专用电泳凝胶，用于STR片段分析；
2		规格型号：7mL/瓶；
3		搭配GA118系列遗传分析仪使用，15分钟内可完成≤600bp/Run的检测；

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：GA118-24B测序仪专用毛细管（36cm）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		GA118-24B型遗传分析仪专用，用于STR片段分析；原厂耗材；
2		规格型号：GA118-24L36（24通道、长度36厘米）；
3		内径50um；
4		可使用次数不低于160次；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：超微量磁珠法DNA提取试剂盒（48次）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		超微量磁珠法DNA提取试剂盒（全自动专用）为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动24道微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动24道微量DNA提取工作站中即可直接用于全自动DNA的自动化提取；
2	★	可适配我单位现有BK-TQ-001F自动化工作站使用；（需提供产品彩页或技术证明文件）
3		一个完整试剂盒包装含有12块48孔深孔板，单独配有封装好的裂解液、洗脱液和盒装吸头；
4		完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液；
5		可按要求提供产品规格：48人份/盒；
6	★	样本适用性：配有在全自动24道微量DNA提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。（需提供产品彩页或技术证明文件）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：超微量磁珠法DNA提取试剂盒（96次）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		超微量磁珠法DNA提取试剂盒（全自动专用）为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动24道微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动24道微量DNA提取工作站中即可直接用于全自动DNA的自动化提取；
2	★	可适配我单位现有BK-TQ-001F自动化工作站使用；（需提供产品彩页或技术证明文件）
3		一个完整试剂盒包装含有12块48孔深孔板，单独配有封装好的裂解液、洗脱液和盒装吸头；
4		完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液；
5		可按要求提供产品规格：96人份/盒；
6	★	样本适用性：配有在全自动24道微量DNA提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化；（需提供产品彩页或技术证明文件）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动混合斑提取试剂盒（8次）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	可适配我单位现有BK-TQ-001F自动化工作站使用；（需提供产品彩页或技术证明文件）
2	★	完整试剂盒外另有与试剂盒规格适配的混合斑处理套装，可以实现混合斑类检材载体与消化产物、男女成份分离的目的；另配相应数量封装好的洗脱液。（需提供产品彩页或技术证明文件）
3		产品规格：8次/盒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动混合斑提取试剂盒（16次）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	可适配我单位现有BK-TQ-001F自动化工作站使用；（需提供产品彩页或技术证明文件）
2	★	完整试剂盒外另有与试剂盒规格适配的混合斑处理套装，可以实现混合斑类检材载体与消化产物、男女成份分离的目的；另配相应数量封装好的洗脱液。（需提供产品彩页或技术证明文件）
3		产品规格：16次/盒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：骨骼专用磁珠法DNA提取试剂盒(KingFisher半自动核酸纯化仪专用)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	该试剂盒需能够与我单位现有KingFisher半自动核酸纯化仪配套使用；（需提供产品彩页或技术证明文件）
2	★	试剂盒包装含有48人份预封装试剂的纯化试剂条、骨骼专用磁珠、骨骼吸附液、骨粉孵育液、6个12孔磁套；预孵育体积、吸附体积根据检材情况自行调整，骨骼纯化试剂条使用时撕开密封用塑料膜置于板架上配合实验室现有的微量生物物证DNA自动化提取纯化系统（基础版）主机可直接使用；（需提供产品彩页或技术证明文件）
3		适用样本：骨骼疑难腐败类检材；
4		产品规格：48份/盒；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：DNA提取试剂盒（硅珠法）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		检验原理为硅珠法提取技术，包含裂解，吸附，漂洗，洗脱。
2		试剂规格100人份/盒，包含DNA提取所需的全部试剂（裂解液，吸附珠、漂洗液、洗脱液）。
3		适配骨骼、烟蒂、混合斑等疑难样本，支持微量至常规检材，裂解时间灵活调节（5-60分钟）
4		30分钟完成裂解-吸附-洗脱，无需苯酚/氯仿等有毒试剂。

5		对降解DNA（100-200bp片段）回收率≥95%（较磁珠法），STR位点完整率>95%。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：DNA提取试剂盒(KingFisher半自动核酸纯化仪专用，48次)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		该试剂盒是通过高温裂解方式进行DNA释放，释放效率更高，并通过高灵敏度磁珠进行DNA的吸附、洗涤和洗脱；
2	★	该试剂盒需能够与我单位现有KingFisher半自动核酸纯化仪配套使用；（需提供产品彩页或技术证明文件）
3		该试剂盒一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与DNA纯化仪配套使用的塑料条内，使用时撕开密封用塑料膜置于DNA纯化仪中即可直接用于DNA的自动化提取；
4		封装有试剂的塑料条有8个孔，其中1个孔空白，另7个孔分别封装有磁珠等试剂，8个孔中的7个为方孔，1个为实现最小洗脱体积20微升的洗脱用圆孔；
5		产品规格：48份/盒；
6	★	样本适用性：可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材，尤其适合陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化；（需提供产品彩页或技术证明文件）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中体系DNA提取试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		超微量磁珠法DNA提取试剂盒（全自动专用）为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动24道微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动24道微量DNA提取工作站中即可直接用于全自动DNA的自动化提取；
2	★	可适配我单位现有BK-TQ-001F自动化工作站使用；（需提供产品彩页或技术证明文件）
3		规格：4人份/盒
4	★	可实现2.7ml体系裂解（需提供产品彩页或技术证明文件）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：PSA抗人精试纸条

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用免疫层析法，定性检测人精液/精斑中的前列腺特异性抗原（PSA）。
2		适用于可疑精斑、擦拭棉签、载体附着物、现场可疑斑迹等。
3		最低检出限：≤4ng/mLPSA，可检出陈旧精斑、稀释混合斑等疑难样本。
4		对人精液/精斑特异性反应，不与人血、唾液、阴道分泌物、尿液等交叉反应。无明显非特异性条带、无假阳性干扰。

5		加样后5~10分钟读取结果，结果稳定、清晰可辨。
6		采用单人份独立包装，防潮、避光、便于携带与储存。质控线（C线）正常显色，结果判读直观：C线显色、T线显色→阳性，C线显色、T线不显色→阴性，C线不显色→试纸条无效。
7		储存条件：4~30℃常温保存，无需冷藏。
8		规格：100人份/盒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：FOB抗人血试纸条

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		免疫层析法，定性检测人血红蛋白（Hb），仅对人血特异性反应。
2		可检测可疑血斑、擦拭子、衣物、工具、地面、载体附着物等。
3		灵敏度最低检出限：≤10ng/mL人血红蛋白；可检出陈旧血斑、高度稀释血样。
4		与人血强阳性反应；不与动物血（猪、牛、羊、鸡、鼠等）、唾液、精液、阴道分泌物、尿液等发生交叉反应；无假阳性、无背景干扰。
5		5~10分钟出结果；质控线（C线）、检测线（T线）显色清晰；C线显色为有效，T线显色判为阳性。
6		单人份独立包装，防潮避光；储存条件：4~30℃，无需冷藏。
7		规格：100人份/盒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：植绒拭子（带套管）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		结构与材质：拭子头采用尼龙66静电植绒，垂直纤维结构，无吸附芯、无黏合剂、无荧光；杆体为医用级ABS/PP材质，无DNA酶、无RNA酶、无PCR抑制物；配备专用独立硬质塑料套管，管内预置干燥剂，密封盖密封，拭子头不接触管壁。
2		规格尺寸：植绒头长度约15~20mm；易折断，无毛刺、无碎屑。
3		核心性能：样本释放率≥95%，DNA回收率≥90%；无菌、无人类DNA污染、无PCR抑制因子，符合ISO18385:2016法医DNA采集产品要求。
4		灭菌要求：无菌，无内毒素、无细胞毒性。
5		包装：单支拭子+独立套管为一套，单支独立灭菌包装；
6		包装规格：100支/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：植绒拭子（不带套管）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		结构与材质：拭子头采用尼龙66静电植绒，垂直纤维结构，无吸附芯、无黏合剂、无荧光物质；杆体为医用级ABS/PP材质，无DNA酶、无RNA酶、无PCR抑制物。
2		规格尺寸：植绒头长度约15~20mm；易折断，无毛刺、无碎屑。

3		核心性能：样本释放率≥95%，DNA回收率≥90%；无菌、无人类DNA污染、无PCR抑制因子，符合ISO18385:2016法医DNA采集产品要求。
4		灭菌要求：无菌、无内毒素、无细胞毒性。
5		包装：单支独立灭菌包装；
6		包装规格：100支/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：潜血显现试剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		最低检出限：血液稀释至1:100,000仍可检出，
2		适用场景：可检测陈旧血迹、被洗涤剂/漂白剂清洗过的血迹、微量血迹
3		半暗环境肉眼可见，无需完全黑暗
4		可重复性：同一块血迹可多次喷洒复现发光，便于拍照固定
5		不破坏DNA，不影响后续STR分型、测序等检测
6		规格：1套/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：血液追踪试剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		最低检出限：血液稀释至1:20,000仍可清晰显色
2		适用场景：可检测陈旧血迹、微量血迹、清洗后血迹，适配渗透性/非渗透性客体
3		显色颜色：鲜亮深蓝色（深色客体上清晰可见）
4		显色速度：新鲜血迹瞬间显色，陈旧血迹≤30秒
5		显色持久性：永久显色、不褪色，无需避光保存，便于长期记录
6		血痕固定：固化血迹不扩散，血指纹/足迹纹线清晰、背景无模糊
7		不破坏DNA，不影响后续STR分型、测序
8		兼容二次显现：不影响酸性黄等荧光试剂的后续使用
9		规格：3套/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脱落细胞粘取器（大号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		粘取面尺寸：15mm×15mm（方形）
2		基底材质：医用级软性PE/PP膜，可紧密贴合凹凸表面与封闭区域内侧
3		粘性强度：高粘力，粘取后细胞不脱落、不扩散，适配干燥/潮湿客体
4		撕膜设计：带易撕离型膜，配专用撕膜镊，操作无交叉污染
5		无菌生产：全程无菌、无外源DNA/RNA污染
6		DNA兼容性：不抑制DNA提取，不破坏细胞，兼容磁珠法、硅珠法、Chelex法等所有常规DNA提取方法
7		无抑制物：膜片与胶层不与DNA提取试剂反应，无PCR抑制物
8		规格：100只/盒

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：眼科剪刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：医用级316L不锈钢（或钛合金），耐腐蚀、耐高温高压灭菌
2		灭菌方式：可重复使用，支持高温高压（134℃）、环氧乙烷、等离子灭菌
3		长度：10cm至12cm
4		头部型式：直尖头
5		刃长：20-30mm
6		柄型：圆柄
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：眼科镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质要求：采用医用奥氏体不锈钢（316L或同等以上材质）。无磁性、耐酸碱、耐高温高压灭菌，长期使用不生锈、不变形。
2		结构与外观：整体镜面抛光，表面光滑、无毛刺、无划痕、无砂眼、无裂纹。铰链/锁轴连接牢固，开合灵活、无松动、无卡顿。头部对称，尖端对齐严密，闭合无缝隙。
3		长度：10cm或11cm；头部：直，钝头，有齿
4		可耐受134℃高温高压灭菌，反复灭菌不变形、不褪色、不松动。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：96孔板封口膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适用于96孔PCR板的密封，用于样品储存、孵育、振荡等。
2		类型：粘贴式（不干胶自粘型）密封膜，非热封型。
3		适配：标准96孔板（孔距9mm）通用。
4		结构：透明/半透明覆膜+易剥离离型纸，带手撕位。
5		尺寸：与标准96孔板匹配，覆盖全部孔位，边缘不外溢。
6		材质：医用/实验室级高分子聚合物膜（如PP、PE、PET或复合膜）。
7		无DNA酶、无RNA酶、无热源（内毒素）。
8		密封性：粘贴后密封牢固、不翘边、不起泡、不脱落。可耐受振荡、离心、低温冷冻、加热孵育不漏液、不挥发。
9		无DNase、无RNase、无热源、无人类DNA。
10		包装与规格：100张/包。每片独立离型纸保护，洁净包装。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性口罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一次性使用、灭菌级。
2		三层结构，由表层、过滤层、内层组成。

3		型式：耳挂式，覆盖口鼻及下颌。
4		表面整洁、无异味、无破损、无污渍。
5		尺寸：成人型，长度≥17cm，宽度≥9cm。
6		耳带连接牢固，不得轻易脱落。
7		独立包装，10只/袋。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性手套（丁腈）（L）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：100%纯丁腈，无粉
2		尺寸：大号（L）
3		拉伸强度好，不易破、耐穿刺，贴合手型，穿戴舒适，防油、防化学、防污
4		卫生要求：无粉、洁净、无皮肤刺激、无致敏
5		包装：100只/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性手套（丁腈）（S）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：100%纯丁腈，无粉
2		尺寸：小号（S）
3		拉伸强度好，不易破、耐穿刺，贴合手型，穿戴舒适，防油、防化学、防污
4		卫生要求：无粉、洁净、无皮肤刺激、无致敏
5		包装：100只/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性中单

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：100cm×200cm
2		包装：10片/包
3		材质：无纺布+防水膜，防水、防渗漏、隔菌
4		结构：三层或复合结构，柔软透气
5		性能：不易破损、不脱屑、吸水性好
6		卫生：洁净，无异味，无刺激
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性中单（中）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：90×60cm
2		包装：30片/包
3		材质：无纺布+防水膜，防水、防渗漏、隔菌
4		结构：三层或复合结构，柔软透气

5		性能：不易破损、不脱屑、吸水性好
6		卫生：洁净，无异味，无刺激
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性中单（小）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：50cm×60cm
2		包装：50片/包
3		材质：无纺布+防水膜，防水、防渗漏、隔菌
4		结构：三层或复合结构，柔软透气
5		性能：不易破损、不脱屑、吸水性好
6		卫生：洁净，无异味，无刺激
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蛋白酶K

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：100mg/瓶
2		性状：白色或类白色粉末，易溶解
3		纯度：纯度高，无DNase、无RNase
4		活性：蛋白水解活性稳定，适用于核酸提取、样本消化
5		溶解性：可溶于缓冲液，溶解澄清
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：分子量标准品600-LIZ

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		提供36种单链标记的片段：20、40、60、80、100、114、120、140、160、180、200、214、220、240、250、260、280、300、314、320、340、360、380、400、414、420、440、460、480、500、514、520、540、560、580和600；
2		规格：800次反应/盒
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：DNA提取棉签（不带套管）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		结构：无套管、单头棉签，杆体+采样头一体成型
2		采样头材质：医用级棉头，吸水性强、细胞释放率高
3		生物安全性：无DNA、无RNA、无DNase、无RNase、无热源
4		杆体材质：医用PP材质，便于折断放入离心管
5		采样头：吸附力强，细胞洗脱效率高，适用于法医物证血、脱落细胞等采集
6		包装：独立纸塑包装，洁净无菌
7		贮存：常温干燥保存

8		规格：100支/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：DNA提取棉签（带套管）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		结构：单头采样棉签+独立保护套管，一体式包装
2		采样头：医用级棉头，细胞吸附量大、洗脱率高
3		生物安全：无外源DNA、无RNase、无DNase、无热源
4		杆体：医用PP材质，可折断，方便放入离心管
5		套管：密封洁净，防止采样后污染；套管内有干燥剂，可加快棉签头干燥
6		规格：100支/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：8排扩增管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：8联排，单管0.2mL
2		材质：医用级聚丙烯（PP），耐高温、耐低温
3		洁净度：无DNase、无RNase、无热源、无外源DNA
4		适配性：适用于各品牌PCR仪
5		温度范围：-20℃~105℃，可高温变性
6		密封性：管盖密封良好，不翘盖、不漏液、不蒸发
7		透光性：管壁透光性好
8		管壁：薄壁设计，导热快，扩增均一性好
9		规格：125排/包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：8排扩增管平盖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适配：0.2mL 8联扩增管专用
2		材质：医用级聚丙烯PP，耐高温
3		洁净度：无DNase、无RNase、无热源、无外源DNA
4		盖型：平盖，透光均匀，适用于qPCR
5		密封性：密封良好，不漏液、不蒸发、不翘盖
6		温度耐受：-20℃~105℃
7		规格：125排/包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：96孔板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：96孔，单孔容量0.2mL，标准孔距9mm
2		材质：医用级聚丙烯PP，薄壁、导热快

3		洁净度：无DNase、无RNase、无热源、无外源DNA
4		适配：兼容各类PCR仪
5		温度耐受：-20℃～105℃
6		透光性：无自发荧光，不干扰qPCR检测
7		密封性：可匹配粘贴膜/热封膜，不漏液、不蒸发
8		外观：无变形、无毛刺、孔位均匀
9		规格：10个/包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：10ul移液吸头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：10μL
2		材质：医用级聚丙烯PP
3		洁净度：无DNase、无RNase、无热源、无外源DNA
4		适配：适配各品牌单道/多道/电动移液器
5		密封性好，不漏液、不脱落
6		无毛刺、无变形，上样顺畅
7		规格：已预装灭菌，96个/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：1.5mlEP管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1.5mL
2		材质：医用级聚丙烯（PP）
3		洁净度：无DNase、无RNase、无热源、无外源DNA
4		耐离心：可耐受12000r/min以上离心，不爆裂、不渗漏
5		管盖咬合紧密，不漏液、不弹盖
6		耐温：-20℃～121℃，可高温灭菌
7		管身可书写，刻度清晰
8		规格：500个/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：15ml离心管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		型式：尖底、带螺旋盖
2		规格：15mL
3		材质：医用级聚丙烯（PP）
4		洁净度：无DNase、无RNase、无热源、无外源DNA
5		耐离心：可耐受≥12000r/min离心，不裂、不漏
6		耐温范围：-20℃～121℃，可高温灭菌
7		管盖密封良好，不渗漏、不弹盖

8		管身带清晰刻度，可书写
9		规格：25支/包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无水乙醇

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		纯度：≥99.7%
2		外观：无色透明液体，无悬浮物
3		酸度、碱度、水分、杂质符合分析纯及以上标准
4		包装：密封塑料瓶/玻璃瓶，防泄漏
5		规格：500mL/瓶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- (1) 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65 %的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 65 %；
- (2) 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65 %的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 65 %；
- (3) 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 60 %的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 60 %；
- (4) 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

7.响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

8.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

9.成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中

小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关

于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评审程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。 3、技术参数响应表中，未标注“★”参数，负偏离数量超过5条的，视为不满足采购文件技术要求，按无效响应处理。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：
采购包1：
价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
无					

序号	评审因素	评审价格权 重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文 件
无				

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：_____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：_____

(二) 付款条件：_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表