

医疗服务能力提升设备采购

询价通知书

采购单位名称：乌拉特中旗人民医院

采购代理机构名称：内蒙古政采招标代理有限公司

项目编号：BSZCZQS-X-H-260040

2026年08月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

内蒙古政采招标代理有限公司 受 乌拉特中旗人民医院 委托，采用询价方式组织采购 医疗服务能力提升设备采购 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 医疗服务能力提升设备采购

项目编号： BSZCZQS-X-H-260040

采购计划备案号： 乌中政采计划[2026]02086

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 1,300,000.00

采购包最高限价（元）： 1,300,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	医用诊断X射线摄影系统（DR）	1.000	1,100,000.00	套	工业	否	否	否	否
2	体外冲击波治疗仪	2.000	200,000.00	台	工业	否	否	否	否

采购包2： 合同包二

采购包预算金额（元）： 850,000.00

采购包最高限价（元）： 850,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	血液透析设备	3.00	390,000.00	台	工业	否	否	否	否
2	肌电图诱发电位仪	1.00	95,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	恒温融浆仪	1.00	80,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	数字化多功能脑电图仪	1.00	85,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	麻醉机	1.00	200,000.00	台	工业	否	否	否	否

采购包3：合同包三

采购包预算金额（元）：950,000.00

采购包最高限价（元）：950,000.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	腹腔镜系统	1.00	400,000.00	套	工业	否	否	否	否
2	乙状结肠镜	1.00	200,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	电子阴道镜	1.00	90,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	耳鼻喉科摄像系统	1.00	180,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	宫腔镜（电切+检查）	1.00	80,000.00	台	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.供应商的资格要求

- 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求

采购包1：合同包一

- 1、特定资格要求：(1)投标供应商为医疗器械生产企业的须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案

凭证》，投标供应商为医疗器械经营企业的须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。(2) 投标供应商为医疗器械生产企业的须提供有效的《辐射安全许可证》;投标供应商为医疗器械经营企业的须提供有效的《辐射安全许可证》，同时提供生产企业的《辐射安全许可证》。

采购包2：合同包二

1、特定资格要求：(1)投标供应商是经销商的须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。投标供应商是生产商的须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》。

采购包3：合同包三

1、特定资格要求：(1)投标供应商是经销商的须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。投标供应商是生产商的须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》。

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古政采招标代理有限公司

地址： 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区开源北路2号电子商务产业园区一号楼四楼

邮编： 015000

联系人： 董静

联系电话： 15148859358

采购单位名称： 乌拉特中旗人民医院

地址： 乌拉特中旗海流图镇新区纬一路南

邮编： 015300

联系人： 张格增

联系电话： 0478-5912587

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 3 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法 采购包2：最低评标价法 采购包3：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照原内工建协[2022]34号文件规定收取
13	兼投不兼中规则	本项目可兼投3包，本项目可兼中3包
14	投标保证金	采购包1保证金金额：26,000.00元 采购包2保证金金额：17,000.00元 采购包3保证金金额：19,000.00元 缴交渠道：虚拟保证金,电子保函 其他说明： 1、缴纳截止时间为本项目投标（报价）截止时间，以保证金账户实际收款为准； 2、采用线下缴纳的，投标单位必须通过基本账户转账至保证金账户，在汇款时要在备注信息中注明本项目的编号及用途（如“项目编号，投标保证金”）。

15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包2：不属于专门面向中小企业采购。 采购包3：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	无

二.询价须知

1. 询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2. 保证金

2.1 保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2 供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2 保证金的退还

2.2.1 未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2 现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- （1）CA证书无法解密响应文件的；
- （2）供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4. 供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 乌拉特中旗人民医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 内蒙古政府采购招标代理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供

应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；
- (4) 参加人员对开启情况进行确认；
- (5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商需提供2024年度或2025年度任意一年（新成立的公司提供成立至今的）经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的（新成立的公司提供成立至今的）银行资信证明；
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商需提供近一年内任意一个月（新成立的公司提供公司成立以来任意一个月）的企业员工缴纳社会保险资金的凭证及纳税证明（以税务机关出具的税收缴款书或银行扣税凭证为准）；
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。
---	-----------	-----------------

采购包2：合同包二

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商需提供2024年度或2025年度任意一年（新成立的公司提供成立至今的）经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的（新成立的公司提供成立至今的）银行资信证明；
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商需提供近一年内任意一个月（新成立的公司提供公司成立以来任意一个月）的企业员工缴纳社会保险资金的凭证及纳税证明（以税务机关出具的税收缴款书或银行扣税凭证为准）；
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包3：合同包三

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商需提供2024年度或2025年度任意一年（新成立的公司提供成立至今的）经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的（新成立的公司提供成立至今的）银行资信证明；
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商需提供近一年内任意一个月（新成立的公司提供公司成立以来任意一个月）的企业员工缴纳社会保险资金的凭证及纳税证明（以税务机关出具的税收缴款书或银行扣税凭证为准）；
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	(1)投标供应商为医疗器械生产企业的须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，投标供应商为医疗器械经营企业的须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。(2)投标供应商为医疗器械生产企业的须提供有效的《辐射安全许可证》;投标供应商为医疗器械经营企业的须提供有效的《辐射安全许可证》，同时提供生产企业的《辐射安全许可证》。

采购包2：合同包二

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	(1)投标供应商是经销商的须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。投标供应商是生产商的须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》。

采购包3：合同包三

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	(1)投标供应商是经销商的须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。投标供应商是生产商的须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》。

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密， 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

采购医疗设备一批

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同生效之日起，1个月内交货
2		标的提供地点	乌拉特中旗人民医院
3		合同履行期限	合同中约定
4		合同履行地点	乌拉特中旗人民医院
5		验收要求	符合国家及行业标准
6		合同支付方式	1、设备验收合格后支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00% 2、设备正常运行半年后支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 3、1年内付清，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8		其他	质保期两年

采购包2：合同包二

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同生效之日起，1个月内交货
2		标的提供地点	乌拉特中旗人民医院
3		合同履行期限	合同中约定
4		合同履行地点	乌拉特中旗人民医院
5		验收要求	符合国家及行业标准
6		合同支付方式	1、设备验收合格后支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00% 2、设备正常运行半年后支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 3、1年内付清，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8		其他	质保期两年

采购包3：合同包三

序号	参数性质	类型	要求
----	------	----	----

1		标的提供时间	合同生效之日起，1个月内交货
2		标的提供地点	乌拉特中旗人民医院
3		合同履约期限	合同中约定
4		合同履约地点	乌拉特中旗人民医院
5		验收要求	符合国家及行业标准
6		合同支付方式	1、设备验收合格后支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00% 2、设备正常运行半年后支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 3、1年内付清，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8		其他	质保期两年

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：医用诊断X射线摄影系统（DR）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		医用诊断X射线摄影系统（DR） 1、功能需求：用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄。 2、主要技术规格和要求□ 2.1、高压发生器 2.1.1、最大输出工作频率：≥450kHz 2.1.2、高压发生器功率：≥61kW 2.1.3、管电压可调范围：40～150kV 2.1.4、透视最大管电压范围：≥125kV 2.1.5、加载时间范围：最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s 2.1.6、最大输出电流：≥800mA 2.1.7、透视最小管电流范围：≤0.5mA 2.1.8、最大电流时间积：≥1000mAs 2.2、X线球管 2.2.1、球管焦点：≤0.6/1.2mm 2.2.2、阳极热容量：≥350kHU 2.3、球管悬吊支架 2.3.1、球管垂直升降范围：≥140cm 2.3.2、球管架沿天轨横轴运动距离：≥200cm 2.3.3、球管架沿天轨纵轴运动距离：≥190cm ▲2.3.4、球管套可沿垂直轴旋转：≥0-360° 2.3.5、球管套可沿水平轴旋转：≥±120° 2.3.6、立位及卧位拍摄时，球管与平板之间平行跟随运动：具备 2.4、动态平板探测器（1块）

1	★	2.4.1、探测器尺寸：≥17×17英寸 2.4.2、像素尺寸：≤139um 2.4.3、采集灰阶度：≥16bits 2.4.4、采集矩阵：≥3072×3072 ▲2.4.5、动态透视采集像素矩阵：≥1500×1500 2.4.6、可进行动态数字化透视及静态拍片、且动静态可相互转换，转换速率不大于0.8秒：具备 2.4.7、成像时间：≤2s 2.5、无线静态平板探测器（1块） 2.5.1、探测器尺寸：≥17×17英寸 2.5.2、像素尺寸：≤139um 2.5.3、采集灰阶度：≥16bits 2.5.4、采集矩阵：≥3072×3072 2.5.5、成像时间：≤2s 2.5.6、平板探测器通讯模式：无线传输或有线传输 2.5.7、平板探测器具备是无线可移动的，而且可在机/在线充电，不需要拿出平板或拆下电池充电。 2.6、胸片架 2.6.1、胸片架垂直运动行程：≥140cm 2.6.2、源像距SID：≥180cm 2.7、球管侧近台操控系统 2.7.1、近台操控彩色触摸屏：具备 2.7.2、操控方式：触摸屏 2.7.3、屏幕尺寸：≥9.7英寸 2.7.4、可显示患者的详细登记信息、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度。 2.7.5、屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向。 2.7.6、可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）、束光器滤过组合。 2.8、固定式浮动摄影床 2.8.1、最低床面高度：≤69.5cm 2.8.2、床面横向移动范围：≥710mm 2.8.3、床面纵向移动范围：≥260mm ▲2.8.4、床面最大承重：≥310kg 2.8.5、片盒托盘运动模式：手动 2.8.6、片盒托盘移动范围：≥450mm 2.9、远程遥控器 2.9.1、可遥控胸片架：具备 2.9.2、可遥控限束器光野控制：具备 2.9.3、控制类型：无线遥控器 2.10、系统操作台 2.10.1、主机工作站操作台内存：≥8GB 2.10.2、主机工作站操作台硬盘：≥1TB
---	---	--

		2.10.3、采集工作站显示器尺寸：≥ 24英寸 2.10.4、患者信息管理：具备手工登记，WORKLIST自动查询； 2.10.5、图像信息采集管理：摄影影像采集、透视影像采集、视频保存、视频回放、视频截取、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送、图像左右标记； 2.10.6、具备智能高效率自动增强功能，保证影像效果的一致性、柔和性、空间层次感等,且提供第三方证明材料； 2.10.7、透视图像局部放大显示：可三档放大，分别可放大17/15、17/12、17/9倍； 2.10.8、具备组织均衡处理功能，保证影能获取高品质的图像质量； 2.10.9、具有自动亮度控制功能（保证图像亮度的稳定性，不会随人体部位密度变化而发生改变）； 2.10.10、图像观察：查看动态影像，查看摄影图像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原； 2.10.11、病历报告：病人信息自动加载、专家模板； 2.10.12、胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印，同时支持1:1物体真实比例打印； 2.10.13、DICOM传输：可发送图像、透视视频到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器； 2.10.14、束光器外周区域屏蔽：检查过程中束光器外的无效区域可通过软件屏蔽其显示； 2.10.15、器官程序摄影（APR）：在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数；器官程序不少于1350个； 2.10.16、支持内置式双向语音对讲功能 2.10.17、支持DICOM3.0 2.10.18、根据后期临床需要、具备升级负重位三维成像。 2.11、全长骨拼接功能 2.11.1、具备设备整机原厂长骨拼接功能（自动拍摄，自动拼接，非手动拼接） 2.11.2、立位专用拼接支架 2.11.3、站台靠板宽度：≥ 780mm 2.11.4、站台高度：≥ 2100mm 2.11.5、长骨拼接最大长度：≥ 1500mm 技术参数佐证文件要求：供应商应在技术参数中标记“▲”的参数进行详细说明，并配以产品技术佐证文件并加盖公章，在技术偏离表中必须逐条列出，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/产品说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在响应文件内的具体页码，未提供或未备注佐证文件页码的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求，视同应答时缺项，按技术指标负偏离认定。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体外冲击波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	体外冲击波治疗仪 1、工作环境：电源要求AC220V,50Hz，额定输入功率：≤600VA。 2、柜式一体机，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动。 3、治疗头5个(6mm1个、10mm1个、14mm 1个、15mm 1个、20mm1个、)。 4、冲击频率：单次/连续，可调。 ▲5、冲击能量密度：≤0.40mj/mm2。 ▲6、压力范围：≤6bar连续可调。 7、冲击次数：固定或连续击打，任意选择。 8、冲击枪内传导子2套。 9、复位功能：按复位（reset）后，所有通道计数归零。 10、不小于10英寸真彩色高分辨触摸屏设计，显示直观，最大限度的防止使用的误操作以保证治疗时的安全。 11、内置治疗处方及人体治疗图示，提供专业治疗方案建议。 12、内置治疗前后3种VAS疼痛评估评价系统：动态VAS、静态VAS、睡眠VAS。 13、可储存治疗前后的VAS评估数据并自动生成VAS改善分值。 ▲14、可设定治疗枪头并在治疗输出时有动画提示功能。 15、治疗界面、处方界面、待机界面可自由切换，方便实时监控治疗状态。 16、治疗枪设计符合人体工程学，适合双手、左右手、可防止治疗枪滑落并具备压力减震功能，减少对操作人员手部的冲击力。 17、设备运行方式，气压弹道式。 18、进口核心部件：进口空气压缩机，动力强，静音设计；电磁阀、比例阀、油雾分离器，输出稳定性高。 19、具有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大。 20、具有主机一键自动排水功能。 技术参数佐证文件要求：供应商应在技术参数中标记“▲”的参数进行详细说明,并配以产品技术佐证文件并加盖公章，在技术偏离表中必须逐条列出，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/产品说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在响应文件内的具体页码，未提供或未备注佐证文件页码的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求，视同应答时缺项，按技术指标负偏离认定。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：合同包二
 标的名称：血液透析设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	血液透析设备 - 设备使用年限：≥10年。 - 机身尺寸：机身宽度≤450mm，深度≤500mm。 - 供水：压力范围：至少包含1.5-7bar；温度范围：至少包含5℃~30℃。 - 透析液流速：至少包含300~700mL/min，1mL/min可调 - 透析液温度：至少包含33.0~40.0℃，实时监测可调，有超温保护装置。 - 超滤速度：至少包含0.10~4.00L/h，精度：±30ml/h或±0.1%。 - 动脉血泵：至少包含40~600mL/min。 - 肝素泵：设置范围：至少包含0.0~9.9mL/h；注射器类型：20mL、30mL。可设定停止时间，单次注入量。 ▲空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.02mL。 - 动脉压：测量范围：至少包含-300~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。 - 静脉压：测量范围：至少包含-300~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。 - TMP：测量范围：至少包含-100~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。 ▲透析液浓度（总电导率）测量范围：至少包含10.0~20.0mS/cm。 - 治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤。 - 人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统。 - 设备至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。 - 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥25分钟，断电数据保存功能。 - 浓度曲线：可进行透析液浓度和碳酸氢盐浓度曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线，实现个性化透析。 - 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。 - 自检：全功能数字化自检，包括所有控制、监测、水路等系统。 - 具有一键排液功能，治疗结束后可以一键自动排出透析器膜内、膜外和管路内液体。 ▲报警提示功能：≥4种颜色报警指示灯，具有声光报警指示，可帮助医护及时准确判断报警提示内容。 - 标配：血压计组件 - 标配：在线清除率监测 技术参数佐证文件要求：供应商应在技术参数中标记“▲”的参数进行详细说明，并配以产品技术佐证文件并加盖公章，在技术偏离表中必须逐条列出，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/产品说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在响应文件内的具体页码，未提供或未备注佐证文件页码的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求，视同应答时缺项，按技术指标负偏离认定。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肌电图诱发电位仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1	★	肌电图诱发电位仪 1.用于肌电图、神经传导、诱发电位（体感）的临床检查。 2.系统构成：前置放大器、刺激系统、数据处理系统、台车、电源系统及配件。 3.整机一体化设计，整机网电源供电，放大器经电缆连接，无需电池。 4.双脚踏开关。 5.▲放大器通道数：四通道附可伸缩悬臂，便于不移动仪器检查患者全身，为临床检查提供方便。 6.▲放大器通道接口：每通道同时提供两种接口，配备DIN接口和Φ1.57插针国际标准小孔径脑电导联线接口，两种接口可根据需要独立使用。 7.▲差模输入阻抗：≥2000兆欧。 8.输入短路噪声：≤0.38μVrms。 9.▲共模抑制比：≥126dB。 10.滤波频率：0.1Hz~20kHz（高通滤波：0.1~1000Hz；低通滤波：0.02~20kHz）。 11.幅频特性；0.5Hz - 10KHz内，幅度偏差最大为-4%~+2%。 12.灵敏度：0.01μV/D-500mv/D，1mS/D-500mS/D。 13.通道增益：50，100，250，500，1000，2500，5000，10000，25000倍。 14.接口技术：USB。 15.采样率：200KHz。 16.A/D转换率：24Bit。 17.采集数据最大时长：不限时。 18.扫描时程：1ms - 6s。 19.两路电刺激输出接口，可选单边输出或双边同步异步输出。 20.刺激类型：恒流源，短路及过载保护。 21.刺激频率：0.05 ~ 50 Hz。 22.针肌电图：扫描肌电图（EMG）、远动单位电位（MUP）、插入电位（IP）、静息电位（RP）。 23.运动神经传导（MCV）。 24.感觉神经传导（SCV）。 25.F波（F-Wave）。 26.H反射（H-Reflex）。 27.瞬目反射（BR）。 28.重复神经电刺激（RNS）。 29.神经节段检查（INCH）。 30.皮肤交感反应（SSR）。 31.体感诱发电位（SEP）：上肢体感诱发电位（USEP）、下肢体感诱发电位（LSEP）、脊髓诱发电位（TSEP）、三叉神经诱发电位（SCEP）、节段性体感诱发电位（DSEP）、阴部诱发电位。 32.中文报告软件：将检查过程中输入的患者信息、记录的波形、波形的特征值、检查结论等转换为报告格式，打印到纸上或形成PDF文件。 33.报告模板：用户可自行编辑用于表达检查结论的常用语句。
---	---	--

		34.检查项目管理器：自动形成患者的检查方案，可在各检查项目之间一键切换。 35.定制检查方案：满足不同行业、不同用户的差异化要求。 36.患者数据管理软件：可对检查形成的数据检索、导出、导入和删除。 37.可根据不同临床需求，生成完全自定义的检查套餐。 38.实时波形监视窗：检查界面常驻实时波形监视窗，可直观了解患者连接信号及干扰情况。 39.可一键进入帮助界面，快速学习及查阅检查项目要点。 技术参数佐证文件要求：供应商应在技术参数中标记“▲”的参数进行详细说明,并配以产品技术佐证文件并加盖公章，在技术偏离表中必须逐条列出，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/产品说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在响应文件内的具体页码，未提供或未备注佐证文件页码的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求，视同应答时缺项，按技术指标负偏离认定。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：恒温融浆仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	恒温融浆仪 1.存水量：35kg±5%。 2.最大循环能力：≥(6*9)54kg/min。 3.控温精度：±0.1℃。 4.加热功率：≤1500W。 5.工位数：≥6个。 6.化浆量：6-12袋（50-200ml）。 7.热交换率：99%。 8.解冻时间：≤16min。 9.输入电压：220V 50Hz。 10.外形尺寸：≤600x550x910 mm。 ▲11.单工位独立控制，每个工位可独立选择工作或暂停状态，也可根据需要一键启动全部工作。 ▲12.采用双水囊包裹融浆设计，循环能力强每分钟可达162KG，提高融浆质量和时间，避免放血浆时划破水囊。 ▲13.每个工位配有漏液报警功能，当融浆发生破袋或漏浆时内置感应器能探测液体渗漏对应工位会发出声光报警，提示操作人员处理，不影响其他工位血浆的继续融化。 14.上下限报警，可根据实际需求设置上下限报警。 15.融浆快速，融浆完成后声光提醒。操作简便，通电即可工作无需进排水。 16.实时监测融浆温度，形成温度曲线，记录融浆全过程。 17.溯源系统:能实时记录存储融浆过程的温度数据，可设置医院名称、操作人员编号，精准保存操作记录。 18.全程质控数据化管理，配备扫描仪，可对血浆袋条码扫描录入数据，可记录每袋血浆融化数据，便于管理和查询。 19.具有多种融浆模式供选择，可设置常规解冻、快速解冻、连续解冻以适应不同容量冰冻血浆、血液制品的解冻复温；也可手动控制，实现浮动终点、急诊插入解冻以满足临床紧急用血、急诊等特殊条件下的解冻。 20.设备内置紫外消毒功能。设备可自动对融浆工位进行消毒，确保血浆安全。 21.液晶显示屏采用高清IPS电容触摸屏，分辨率高、操作灵敏。 22.具有融浆和复温两种模式，可选择复温模式，对红细胞、干细胞等血液制品进行快速复温。 ▲23.设备具有蠕动功能，用户可根据实际需求设置蠕动频率和时间。 技术参数佐证文件要求：供应商应在技术参数中标记“▲”的参数进行详细说明,并配以产品技术佐证文件并加盖公章，在技术偏离表中必须逐条列出，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/产品说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在响应文件内的具体页码，未提供或未备注佐证文件页码的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求，视同应答时缺项，按技术指标负偏离认定。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	数字化多功能脑电图仪 1.▲放大器：24通道放大器（另带参考电极）； 2.血氧夹：同步检测血氧饱和度SpO2、脉率PR； 3.高清视频组件：可通过软件控制摄像头360°旋转，调节焦距，缩放局部画面；视频帧数≥30 fps；分辨率≥1920*1080； 4.闪光刺激器：具有滤光片插槽，可方便更换不同的滤光片提供不同颜色、图案的特异性的光刺激；通过软件设置闪光刺激条件包括刺激模式、刺激频率、刺激时间、间隔时间等； 5.▲采样率：100，200，500，1000，2000，5000，10000Hz； 6.采样分辨率(A/D Convertor)及精度：24bit； 7.▲耐极化电压：±750mV； 8.放大器输入阻抗: ≥100MΩ； 9.▲共模抑制比：≥115dB； 10.▲噪声电平：≤1.5μV p-p； 11.带宽：0.08Hz-300Hz； 12.幅频特性：1Hz~120Hz，偏差不超过+5%~-30%； 13.双阻抗检测：可以在软件界面上启动阻抗检测，电极阻抗的监检测阈值可以设置:2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、20 kΩ、50kΩ，高于预先设定阈值的电极红色高亮显示； 14.电压测量：误差不超过±10%； 15.灵敏度：OFF、(1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200)μV/mm； 16.时间常数RC（低切滤波）：(0.001、0.003，0.03、0.1、0.3、0.6、1、2)s； 17.高切滤波器：(15、30、35、50、60、70、120、300)Hz； 18.交流滤波器（陷波滤波器）：50Hz或者60Hz； 19.波形扫描速度：4 秒、5 秒、6 秒、8 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、60 秒、5 分/页或自定义； 20.波形回放：支持翻页、1/10翻页、自动翻页、自动播放，支持指定时间或事件跳转； 21.导联：最多64导联显示，支持导联显示、关闭和冻结、添加注释； 22.参考电极：AV、Aav、0V、OFF； 23.头型导联显示：预设5套组合，可自定义13套组合； 24.校准电压：(2、5、10、20、50、100、200、500、1000)μV； 25.校准信号：0.25 Hz方波或10 Hz正弦波，自动/手动校准模式； 26.波形测量：任意波形局部时间/振幅/频率的自动测量；动态定规尺，自动调节频率和波幅最佳测量范围；时间振幅测量尺，方便测量单个波峰的频率、振幅；波形对比，通

	过拖曳可叠加两导联进行波形对称性对比; 27.事件标记: 支持事件名称自定义编辑功能, 支持事件跳转; 28.qEEG (定量脑电图): 具有自定义的波段功率分析, 幅值分析, 功率比分析, 包括RBP、ABP、TP, 慢快波功率比DTABR ($\delta+\theta/\alpha+\beta$), DAR ($\delta/\alpha$), 峰值频率 (PPF)、边值频率 (SEH)、振幅整合脑电图 (aEEG)、彩色密度谱分析 (cDSA) 等指数统计与计算功能; 29.自定义10组显示标签, 可以自由组合不同导联的不同定量功能, 并通过标签一键切换显示; 30.脑电地形图显示: 支持多种地形图显示方式, 包括频率地形图与电位地形图, 可显示色阶能量值, 支持动态播放; 31.实时回放: 在检测记录同时, 能实时查看、分析当前病人已采集记录的脑电数据, 血氧饱和度和脉率数据; 32.EDF格式数据保存: 无需专用回放软件即可播放脑电数据, 辅助教学; 33.过度换气诱发试验语音提示: 提供语音播报指导患者进行过渡换气诱发试验; 34.断电可自动保存。 技术参数佐证文件要求: 供应商应在技术参数中标记“▲”的参数进行详细说明, 并配以产品技术佐证文件并加盖公章, 在技术偏离表中必须逐条列出, 需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如: (技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/产品说明书/网站截图等。), 所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值, 并在技术参数偏离表内备注佐证文件在响应文件内的具体页码, 未提供或未备注佐证文件页码的, 评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求, 视同应答时缺项, 按技术指标负偏离认定。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称: 麻醉机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		麻醉机技术参数 ▲1.配置需求: 全能麻醉工作站(满足成人、小儿、新生儿不同年龄层次及不同手术种类的麻醉需求)。 2.工作环境, 温度: 10℃ -40℃, 湿度: 15%-95%。 3.非待机状态转动关机旋钮, 主机具备10秒延迟关机功能。 4.配备一块锂电子(非铅酸)后备电池, 后备电池使用时间≥90分钟。 5.接口: 1个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1个 RS-232C 串行通讯接口, 1个VGA 接口, 2个SB接口, 配有HL7接口可与手麻系统连接传输数据。 6.机架: 带大工作台侧栏杆推车, 标配脚轮刹车。 7.适合内窥镜手术模式: 具备三级照明顶光灯, 能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 8.≥4个附属输出电源接口。 9.具有独立的LED报警指示灯。 10.标配氧气、空气两气源。

- 11.具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%。
- 12.快速充氧范围25 - 75L/min。
- 13.电子显示流量计，空气范围：0L/min~15L/min，氧气范围：0L/min~15L/min，笑气范围：0L/min~10L/min。
- ▲14.电子流量计配备LED数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。
- 15.具有辅助流量计，用于辅助吸氧。
- 16.标配单麻醉罐位。
- 17.标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，同品牌非其他品牌代工贴牌，具备压力、流速和温度补偿。
- 18.首次加药量（干药芯） $\geq 350\text{ml}$ ，再次加药量 $\geq 300\text{ml}$ 。
- 19.回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接。
- 20.回路整体可旋转 $\geq 30^\circ$ ，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求。
- 21.回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染。
- ▲22.二氧化碳吸收罐，容积 $\leq 1500\text{ml}$ 。
- ▲23.内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端;流量传感器用户可自行校准,无需专用工装。
- 24.低回路系统容积，在包括2L手动皮囊的情况下，机控模式回路容积不大于 $\leq 2850\text{ml}$ 。
- 25.具有回路整体加温功能。
- 26.具备CO₂旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。
- 27.具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。
- 28.气动电控呼吸机，全中文操作和显示。
- 29.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式。
- 30.潮气量范围：容量控制：20ml-1500ml；压力控制：5ml-1500ml。
- 31.吸气压力设置范围：5-70 cmH₂O。
- 32.支持压力：0，3cmH₂O~60cmH₂O。
- 33.呼吸频率：4-100次/分钟。
- 34.吸呼比：4:1到1:8。
- 35.压力限制范围：10-100 cmH₂O。
- 36.电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH₂O。
- 37.吸气暂停：OFF，5%-60%。
- 38.上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。
- 39.具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。
- 40.具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示。
- 41.彩色电容触摸屏 ≥ 15 英寸,支持戴医用防护手套操作。
- 42.内置 ≥ 3 槽位插件槽，可直接热插拔插件。

	43.插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用。 44.同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示。 45.潮气量监测范围：0-2500ml。 46.分钟通气量监测范围：0-99L/min。 47.可视化报警，技术报警提示中对于导致报警的原因给于文字和图形提示，具备自动报警限功能。 48.图示化自检，系统自检失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因。 49.整机设计使用寿命≥10年。 技术参数佐证文件要求：供应商应在技术参数中标记“▲”的参数进行详细说明，并配以产品技术佐证文件并加盖公章，在技术偏离表中必须逐条列出，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/产品说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在响应文件内的具体页码，未提供或未备注佐证文件页码的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求，视同应答时缺项，按技术指标负偏离认定。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

采购包3：合同包三

标的名称：腹腔镜系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		腹腔镜系统 一、摄像主机 1.▲具备4K图像处理性能。能够输出3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像。 2.防电击程度分类为：CF 级别防护，极低漏电流控制，近心手术更安全。 3.具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。 4.颜色风格≥4种 5.具有数字变焦功能，可实现图像的缩放； 支持≥3倍数字变焦 6.▲具有细节增强、颜色增强、亮度均匀等多种智能图像算法，提供更佳的分辨力与色彩区分度。 7.采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。 8.主机自带内置 USB3.0 刻录系统,支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用,录像储存有动画提示，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。 9.具备不少于两个USB接口,可同时插入两个 USB 存储设备,当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。 10.▲录制清晰度4K和高清可选，录像符合H.265录像编码规范，20-120Mbps码率可调，其中最大录像码率≥120Mbps。 11.具有画幅自适应调控功能开关 12.至少包括一路12G-SDI和两路HDMI接口，具备至少3路能够同时输出的4K超高清信号信号；具备至少 2 路高清信号输出。 13.具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。

- 14.具有去激光干扰功能，有效避免激光设备的信号干扰。
- 15.信噪比标称值48dB，峰值信噪比≥70dB。
- 16.至少具有2种光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管。
- 17.光谱染色效果可进行单屏和分屏两种方式进行展示。
- 18.可实现腹腔镜自动全屏和小镜种自动内切圆，并且居中显示，减少手动放大操作，观察更舒适便捷。
- 19.▲具有≥3种图像优化功能：
- 20.▲可通过摄像头按键对气腹机进行控制，实现供气交互，在监视器上显示排烟、供气的状态显示（仅显示数值，非画中画投屏）。
- 21.▲具有病人信息管理功能，病人信息管理功能设置有密码保护，防止数据泄露，可录入≥50条病人信息。
- 22.▲开启病人信息管理功能后，拍照或录像文件命名至少包含病人信息。

二、2D摄像头

- 1.摄像头适配航空级悬浮式接插件，可有效避免黑屏问题，支持单手插拔，实现高可靠度连接。
- 2.摄像头支持压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌。其中低温等离子灭菌支持使用sterrad消毒灭菌器的标准方式灭菌。
- 3.摄像头信号通过激光传输，信号不受电信号干扰，抗干扰性更强。
- 4.▲可短按AF键实现一键自动对焦，也可通过旋转转轮实现手动对焦,摄像头静态图像宽容度≥180。
- 5.摄像头可以控制光源开关和亮度
- 6.具有≥3个自定义摄像头按键，可设置≥10种快捷功能，可实现光源开关、亮度调整、白平衡、拍照、录像、电子放大、光谱染色、气腹机参数显示模式等功能。
- 7.白光摄像头重量≤190g。
- 8.摄像头防护等级：≥IPX7。
- 9.摄像头可适配31.75mm直径标准目镜卡口的各类光学视管。
- 10.▲摄像头具备自动对焦功能，其空间频率响应SFR 值为 50% 时，标称值：50 C/(°)，SFR 值为 30% 时，标称值：58 C/(°)（需提供厂家说明书或检测报告）
- 11.摄像头内置 1/1.8 英寸 CMOS，支持逐行扫描，针对白光成像，4K 输出显示。

三、光学镜

- 1.▲与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高。
- 2.支持压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌。
- 3.▲大景深光学视管，有效景深3mm-200mm。
- 4.直径10mm，30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm；
- 5.▲显色指数≥90，更好的色差分辨能力和色彩还原性。
- 6.视场中心角分辨力≥7.0C/(°)。

四、光源

- 1.▲具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。
- 2.具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不出光。

- 3.可以通过摄像头按键或在图像处理主机上启动白平衡，灯光将快速调节到合适亮度；如按下摄像头上其他按键，光源将缓慢亮起，以减少对操作者眼睛的损伤。
- 4.防电击程度分类为：CF 级别防护，极低漏电流控制，近心手术更安全。
- 5..具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。
- 6.▲设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸<8英寸，外观高度≤90mm（不含脚垫）。
- 7.冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm。
- 8.白光冷光源的输出总光通量应≥1200lm
- 9.▲LED灯泡工作寿命≥60000小时。
- 10.光输出最大中心照度≥ 3000000Lux。
- 11.光源亮度调节不少于8档
- 12.光源在正常运行时产生的最大噪音≤55dB（A）。
- 13.具有一键待机功能。
- 14.具有高温报警、灯泡寿命警示功能。

五、气腹机

- 1.▲流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求。
- 2.▲具有气体加热功能，更好的保证患者体温平衡。
- 3.▲具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥8L/min。
- 4.压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg。
- 5.采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息。
- 6.具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求。
- 7.具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示。
- 8.气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高。
- 9.采用触摸屏设计，触摸屏≤7英寸
- ▲10.支持一次性过滤器，对气体中0.2μm及以上微粒进行过滤，保证气腹机使用的CO₂气体纯净。

六、台车

- 1.▲台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜全套设备，省时省力。
- 2.具有后盖门及线缆管理设计。
- 3.台车可放置32寸/55寸医用4K医用监视器。

七、监视器

1. 4K医用LCD监视器，尺寸≥32寸。
- 2.支持4K 60Hz超高清显示。
- 3.具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示。
- 4.具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示。
- 5.最大背光亮度≥800cd/m²，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性。
- 6.显示器对比度≥1400。
- 7.具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求。

技术参数佐证文件要求：供应商应在技术参数中标记“▲”的参数进行详细说明，

		并配以产品技术佐证文件并加盖公章，在技术偏离表中必须逐条列出，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/产品说明书/网站截图/产品实物图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在响应文件内的具体页码，未提供或未备注佐证文件页码的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求，视同应答时缺项，按技术指标负偏离认定。
--	--	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：乙状结肠镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		乙状结肠镜 一、图像处理器 1.输出分辨率：1920×1080（DVI输出、HDMI输出），720×576（S-Video、CVB S输出） 2光源参数选择：LED光源1~8 3.亮度调节：≥100级 4. ▲红色饱和度调节≥90级 5. ▲绿色饱和度调节≥90级 6. ▲蓝色饱和度调节≥90级 7.消光种类选择：平均/峰值 8.消光区域选择 ≥3级 9.血管增强调节≥3级 10.3D降噪调节≥3级 11.降噪调节≥3级 12.锐度选择≥15级 13.增益等级≥15级 14.伽马调节≥15级 15.放大等级≥3倍 16.镜像方式：水平翻转/垂直翻转/水平垂直同时翻转 17.具有特殊光染色模式 18.▲可兼容同品牌电子腹腔镜、电子胸腔镜、硬性电子输尿管肾镜、电子胆道镜等（需提供厂家承诺函） 二、冷光源 1.灯源类型：LED灯 2.显色指数：≥90 3.色温范围：5000K~7000K 4.总光通量：400lm 5.气泵压力：0.035Mpa≤P≤0.06MPa 6.气泵流量：0.2m³/h≤L≤0.6m³/h 7.▲光源可选参数：白光、蓝光 三、乙状结肠镜

1	★	1. ▲视场角：160°直视 2.传感器：CMOS（分辨率200万像素/1080P） 3. ▲景深：3mm ~ 100mm 4.照度：≥19700 lx 5.鉴别率：12.5 lp/mm 6.工作长度：≥600mm 7.先端部外径：≤12.5mm 8.插入部外径：≤12.8mm 9.钳道孔径：≥3.8mm 10.弯曲角度：上≥180° 下≥180° 左≥160° 右≥160° 11.吸引功能：吸引按钮，吸引量：≥1400 mL/min 12.送气量：≥830 mL/min 13.送水/副送水量：≥40ml/min 14.防水等级：IPX7 15.防电击类型：BF型 16.高频电兼容性：兼容 四、监视器 1.对角线尺寸：24寸 2.分辨率：1920*1200 3.亮度：600cd/m² 4.对比度：1000:1 5.可视角度：178°/178° 五、医疗台车技术参数 1.结构主体全部采用优质钢材制做，静电喷涂。 2.具有监视器挂臂。挂臂具有三关节调整功能，能够进行360°旋转调节且高度可调。 3.配置2只 轮径100mm 带制动功能的医用静音脚轮， 4.具有四层隔板，隔板高度可调。 技术参数佐证文件要求：供应商应在技术参数中标记“▲”的参数进行详细说明，并配以产品技术佐证文件并加盖公章，在技术偏离表中必须逐条列出，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/产品说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在响应文件内的具体页码，未提供或未备注佐证文件页码的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求，视同应答时缺项，按技术指标负偏离认定。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子阴道镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	电子阴道镜 一、电子镜头主体 1.一体化自动聚焦镜头 200mm-500mm 2.▲数码彩色CCD, 1/4"Super HAD彩色CCD, 200万像素, 水平分辨率800线以上。 3.▲影像放大倍数, 倍光学放大, 十倍数码放大。300mm处图像面积放大≥80倍。 4.影像输出格式, 复合Video 5.▲环型长寿命多点LED白色/绿色, 双色光源组。300mm处≥800Lux(白光/绿光), 6.光源可调节强度,寿命≥10万小时。 7.视频输出信噪比: ≤正常模式52db,最低48db 8.电子快门速度: 1/50-1/10000秒 二、图像监视部分 1.19寸液晶显示器: 1024*768, 三、图像工作站 1.内存: DDR3 , 2GB 2.硬盘: 1T 四、图像采集卡: 1024*768采集模式 五、图文出片机: 喷墨打印, 600x600dpi, A4幅面 六、系统软件 1.Win XP环境阴道镜软件:支持1小时动态实时硬盘录像, 实时回放检查过程;五套阴道镜报告;自由选择视频格式, 多接口控制;RIO阴道镜评分标准;数码图文管理系统, 同一病历报告可连续暂存97幅图像, 硬盘100万幅。 七、台车 1.圆台车 一体 技术参数佐证文件要求: 供应商应在技术参数中标记“▲”的参数进行详细说明, 并配以产品技术佐证文件并加盖公章, 在技术偏离表中必须逐条列出, 需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如: (技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/产品说明书/网站截图等。), 所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在响应文件内的具体页码, 未提供或未备注佐证文件页码的, 评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求, 视同应答时缺项, 按技术指标负偏离认定。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 耳鼻喉科摄像系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		耳鼻喉科摄像系统 一、监视器 1.显示尺寸≥24" 2.分辨率: 1920*1200 二、医用内窥镜摄像系统 1.最低照度F5.5时≤5 lx 2.整机噪音: ≤50dB (A)

1	★	3.▲色彩还原能力≥四级 4.▲分辨率达到1920×1080 5.▲扫描方式：逐行扫描 6.▲帧率：60帧/秒 7.▲自动白平衡控制（AWC），白平衡可以由操作者自己设定。 8.▲录像功能，USB连接口 9.具有图像冻结功能 10.可配各种光学卡口 11.手柄有冻结白平衡功能键 三、LED医用内窥镜冷光源 1.安全分类I类BF型 2.低功耗，额定输入功率不大于250VA 3.灯额定功率高达80VA，输出亮度相当于350W氙灯 4.手动调光，亮度调节0-100连续可调，亮度有数值显示。 5.液晶屏显示故障代码和使用时间 6.多功能光孔，可随意更换。 7.光孔可匹配各类硬镜和软镜品牌 8.光输出通道：单通道 9.▲灯泡寿命长，灯工作寿命≥20000h，无需更换灯泡。 10.光输出色温3000K～7000K 11.▲高显指，显色指数Ra≥90，画面逼真。 12.光通量≥100 lm（上限不计） 13.温度低，不含红外线和紫外线。 14.冷却方式风冷 15.▲LED灯保修≥5年 四、台车 1.材质：金属 2.万向轮，可刹车 3.层高可调节 五、耳镜 1.Φ2.7，视向角0° 2.工作长度:100mm 3.插入部分最大宽度:Φ2.7 六、鼻镜 1.工作长度175mm 2.插入直径Φ4mm 3.视场角≥95°,视向角0° 七、喉镜 1.Φ8，视向角70° 2.工作长度：178mm； 3.插入部分最大宽度：Φ8mm；视场角:≥50°
---	---	---

		技术参数佐证文件要求：供应商应在技术参数中标记“▲”的参数进行详细说明，并配以产品技术佐证文件并加盖公章，在技术偏离表中必须逐条列出，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/产品说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在响应文件内的具体页码，未提供或未备注佐证文件页码的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求，视同应答时缺项，按技术指标负偏离认定。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宫腔镜（电切+检查）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	宫腔镜(电切+检查) 检查镜 一、直管式内窥镜 1.视向角:30°, 视场角: ≥60°, 工作长度: 310mm±3%, 最大插入部外径: ≤Φ3mm, 角分辨率: 3.0 C/(°), 分辨率: ≥9.36 lp/mm, 有效景深范围: 3-100mm, 颜色分辨能力和色还原性: 显色指数≥93 二、一体式鞘套 1.规格: φ4.6, 最大插入外径≤φ4.9, 工作长度: 206mm±3%, 主通道最小宽度: ≥φ3.1mm, 注、排液通道孔径: ≥φ1.5mm, 进水接头和出水接头可以360°旋转 电切镜 一、内窥镜： 1.直径：4mm，工作长度：302mm 2.视向角：12°视场角：60° 3.视场中心角分辨率：2.45 C/(°) 4.内窥镜的分辨率≥9.36lp/mm 5.有效景深：3-100mm 6.内镜自带多种光纤转接头。种类≥3种 二、外鞘： 1.插入部分最大宽度≤φ9.2mm, 2.工作长度184mm±3% 三、闭孔器： 1.插入部分最大宽度≤φ7mm 2.工作长度235mm±3% 四、内鞘： 1.插入部分最大宽度≤8.3mm 2.工作长度201mm±3% 五、操作器： 1.插入部最大宽度φD(直径)≤Φ4.5mm 2.工作长度189mm±3% 六、接头：

	1.主通道最小宽度$\Phi D \geq \phi 5\text{mm}$ 2.工作长度$42\text{mm} \pm 3\%$ 七、手术电极： 1.直径：$\Phi 6.6\text{mm}$ 2.插入部工作长度：$282\text{mm} \pm 10$ 3.头型可选：细环形、粗环形、针形、直环形、按钮形、滚珠形、滚筒形、滚齿形、带形。 技术参数佐证文件要求：供应商应在技术参数中标记“▲”的参数进行详细说明，并配以产品技术佐证文件并加盖公章，在技术偏离表中必须逐条列出，需提供所投产品生产厂家的技术支持文件。如：（技术白皮书/产品印刷版彩页/产品检验报告/产品说明书/网站截图等。），所提供的佐证文件必须体现招标文件参数要求的具体参数数值,并在技术参数偏离表内备注佐证文件在响应文件内的具体页码，未提供或未备注佐证文件页码的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求，视同应答时缺项，按技术指标负偏离认定。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表
---	-----------------------	------------------	--------	---	-------------

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评审程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规定的其它无效投标条款。

采购包2：合同包二

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3：合同包三

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1：
价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
无					

序号	评审因素	评审价格权 重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文 件
无				

采购包2：
采购包2：
价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	分项报价表 开标一览表

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文 件
无				

采购包3：
采购包3：
价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	分项报价表 开标一览表
---	-----------------------	------------------	--------	---	----------------

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
---	--------	---

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

采购包3：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：_____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：_____

(二) 付款条件：_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表

采购包2：合同包二

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表

采购包3：合同包三

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表