

县级“两专科一中心”建设项目（医疗设备采购）

# 竞争性磋商文件

采购单位名称：额尔古纳市中蒙医院

采购代理机构名称：丰汇国际项目管理有限公司

项目编号：HZCEGNS-C-H-260010

2026年06月

# 目录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

# 第一章 磋商邀请

丰汇国际项目管理有限公司受额尔古纳市中蒙医院委托，采用竞争性磋商方式组织采购县级“两专科一中心”建设项目（医疗设备采购）。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：县级“两专科一中心”建设项目（医疗设备采购）

项目编号：HZCEGNS-C-H-260010

采购计划备案号：额政采计划[2026]00586

### 2.内容及划分采购包情况

采购包1：合同包一

采购包预算金额（元）：1,518,818.00

采购包最高限价（元）：1,518,818.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	磁振热治疗仪	1.0 0	48,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
2	肺功能仪（台式）	1.0 0	60,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
3	吞咽神经和肌肉电刺激 仪（双通道）	1.0 0	58,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
4	注射泵	2.0 0	19,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
5	雾化器	2.0 0	2,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	坐式体重计	1.0 0	4,500.00	台	工业	否	否	否	否
7	防褥疮恒温水垫	2.0 0	6,000.00	套	工业	否	否	否	否
8	自动血压测量仪（医用 ）	1.0 0	20,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
9	特定电磁波治疗仪	10. 00	5,500.00	台	工业	否	否	否	否
10	微波治疗仪	1.0 0	152,000. 00	台	工业	否	否	否	否
11	带轮诊椅（PT凳）	6.0 0	3,000.00	套	工业	否	否	否	否

12	红外线治疗仪	10.00	7,800.00	台	工业	否	否	否	否
13	身高体重体脂分析仪	1.00	18,000.00	台	工业	否	否	否	否
14	空气波压力循环治疗仪	2.00	45,000.00	台	工业	否	否	否	否
15	熏蒸治疗仪	1.00	42,800.00	台	工业	否	否	否	否
16	立体动态干扰电治疗仪	2.00	119,600.00	台	工业	否	否	否	否
17	冲击波治疗仪	1.00	199,000.00	台	工业	否	否	否	否
18	经颅磁刺激仪	2.00	96,000.00	台	工业	否	否	否	否
19	医用诊疗床	12.00	14,400.00	张	工业	否	否	否	否
20	智能音乐放松椅	1.00	16,500.00	把	工业	否	否	否	否
21	沙疗床	1.00	8,000.00	张	工业	否	否	否	否
22	多功能电离子手术治疗机	1.00	6,000.00	台	工业	否	否	否	否
23	超声骨密度仪	1.00	48,000.00	台	工业	否	否	否	否
24	中频理疗仪	1.00	25,000.00	台	工业	否	否	否	否
25	红外光灸治疗仪	2.00	52,000.00	台	工业	否	否	否	否
26	吸痰器	1.00	1,000.00	台	工业	否	否	否	否
27	干式水疗床	1.00	178,000.00	台	工业	否	否	否	否
28	远红外按摩理疗床	1.00	23,500.00	台	工业	否	否	否	否
29	心肺复苏机	1.00	120,000.00	台	工业	是	否	否	否
30	半卧位护理床	5.00	9,000.00	台	工业	否	否	否	否
31	舌脉象、经穴、体质辨识采集分析仪	2.00	101,522.00	台	工业	否	否	否	否

32	转运床	1.0 0	4,500.00	张	工业	否	否	否	否
33	睡眠治疗仪	4.0 0	5,196.00	个	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02329900 其他医疗设备	磁振热治疗仪	磁振热治疗仪
2	A02329900 其他医疗设备	肺功能仪（台式）	肺功能仪（台式）
3	A02329900 其他医疗设备	吞咽神经和肌肉电刺激仪（双通道）	吞咽神经和肌肉电刺激仪（双通道）
4	A02329900 其他医疗设备	注射泵	注射泵
5	A02329900 其他医疗设备	雾化器	雾化器
6	A02329900 其他医疗设备	坐式体重计	坐式体重计
7	A02329900 其他医疗设备	防褥疮恒温水垫	防褥疮恒温水垫
8	A02329900 其他医疗设备	自动血压测量仪（医用）	自动血压测量仪（医用）
9	A02329900 其他医疗设备	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪
10	A02329900 其他医疗设备	微波治疗仪	微波治疗仪
11	A02329900 其他医疗设备	带轮诊椅（PT凳）	带轮诊椅（PT凳）
12	A02329900 其他医疗设备	红外线治疗仪	红外线治疗仪
13	A02329900 其他医疗设备	身高体重体脂分析仪	身高体重体脂分析仪
14	A02329900 其他医疗设备	空气波压力循环治疗仪	空气波压力循环治疗仪
15	A02329900 其他医疗设备	熏蒸治疗仪	熏蒸治疗仪
16	A02329900 其他医疗设备	立体动态干扰电治疗仪	立体动态干扰电治疗仪
17	A02329900 其他医疗设备	冲击波治疗仪	冲击波治疗仪
18	A02329900 其他医疗设备	经颅磁刺激仪	经颅磁刺激仪
19	A02329900 其他医疗设备	医用诊疗床	医用诊疗床
20	A02329900 其他医疗设备	智能音乐放松椅	智能音乐放松椅
21	A02329900 其他医疗设备	沙疗床	沙疗床
22	A02329900 其他医疗设备	多功能电离子手术治疗机	多功能电离子手术治疗机
23	A02329900 其他医疗设备	超声骨密度仪	超声骨密度仪
24	A02329900 其他医疗设备	中频理疗仪	中频理疗仪
25	A02329900 其他医疗设备	红外光灸治疗仪	红外光灸治疗仪
26	A02329900 其他医疗设备	吸痰器	吸痰器
27	A02329900 其他医疗设备	干式水疗床	干式水疗床
28	A02329900 其他医疗设备	远红外按摩理疗床	远红外按摩理疗床
29	A02329900 其他医疗设备	心肺复苏机	心肺复苏机
30	A02329900 其他医疗设备	半卧位护理床	半卧位护理床

31	A02329900 其他医疗设备	舌脉象、经穴、体质辨识采集分析仪	舌脉象、经穴、体质辨识采集分析仪
32	A02329900 其他医疗设备	转运床	转运床
33	A02329900 其他医疗设备	睡眠治疗仪	睡眠治疗仪

## 二.供应商的资格要求

1. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4. 本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

1、资格要求：投标人为生产厂商的需提供产品对应的《医疗器械生产许可证》《医疗器械生产备案凭证》，投标人为代理商的只需提供产品对应的《医疗器械经营许可证》《医疗器械经营备案凭证》。

## 三.获取磋商文件的时间、地点、方式

详见竞争性磋商公告

其他要求：

无

## 四.磋商文件售价

本次磋商文件的售价为0元人民币。

## 五.响应文件提交的截止时间、开启时间和地点

详见竞争性磋商公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称：丰汇国际项目管理有限公司

地址：陕西省西安市碑林区陕西省西安市碑林区长安北路永宁国际（大话南门）20楼2003室

邮编：710000

联系人：张尧

联系电话：13088995231

采购单位名称：额尔古纳市中蒙医院

地址：额尔古纳市莫尔道嘎镇

邮编：022250

联系人：梁波

联系电话：13488502071

## 第二章 供应商须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开启方式	远程开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	采购包1：综合评分法
6	获取磋商文件时间	详见竞争性磋商公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见竞争性磋商公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份(需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”)。 (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的, 投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘(或光盘) 0份。 (3) 纸质投标文件(正本) 0份; 纸质投标文件(副本) 0份。
10	成交人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标(成交) 供应商。
11	联合体响应	采购包1: 不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象: 中标/成交供应商 代理服务费收费标准: 参照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》内工建协[2022]34号文件
13	磋商保证金	不收取保证金
14	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”, 使用单位电子签章(CA) 进行签字、加盖公章。 说明: 若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
15	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址: <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
16	面向中小企业采购	采购包1: 不属于专门面向中小企业采购。
17	有效供应商家数	采购包1: 3家
18	中标供应商数量	采购包1: 1名
19	中标候选供应商数量	采购包1: 3名

20	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
21	现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
22	兼投兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
23	其他	技术标准与要求，具体标★项为技术参数与性能指标中标★项。

## 二.磋商须知

### 1.磋商采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目磋商文件，并按照磋商文件的要求制作、上传电子响应文件。

### 2.磋商保证金

#### 2.1磋商保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取磋商保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将磋商保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错磋商保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的磋商保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于磋商保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

#### 2.2磋商保证金的退还

2.2.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

#### 2.2.2有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

### 3.1 远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间等要求参加磋商，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- （1）供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- （2）CA证书无法解密响应文件的；
- （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

### 3.2 现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间和地点参加磋商。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- （1）CA证书无法解密响应文件的；
- （2）供应商未按磋商文件要求提供“备用标书”的；
- （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4. 供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

## 三. 说明

### 1. 总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

### 2. 适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

### 3.相关费用

供应商应自行承担所有与准备、参加磋商有关费用。不论磋商结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指 额尔古纳市中蒙医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本磋商文件的采购代理机构特指 丰汇国际项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“磋商小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

### 5.合格的供应商

5.1符合本磋商文件规定的资格要求，并按照规定提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

### 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

### 8.现场考察

8.1磋商文件规定组织现场考察的，采购人或者采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

8.2供应商自行承担考察现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在考察现场介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

### 9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

## 四.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足5日的，采购人、采购

代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。更正公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

## 五.响应文件

### 1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

### 2.报价

2.1供应商应按照磋商文件第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

### 4.响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

### 5.样品

5.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照磋商文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六、开启、评审、结果公告、成交通知书

### 1.开启

#### 1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和磋商文件规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

#### 1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查

看、回复。

### 1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书

。

### 2.评审

详见第五章

### 3.结果公告

成交供应商确定后,采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告, 同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商, 成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

### 4.成交通知书

发布成交结果的同时,成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书,成交通知书是合同的组成部分,成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后,采购人不得违法改变成交结果,供应商无正当理由不得放弃成交。

## 七.询问、质疑与投诉

### 1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的,可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的,应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑,代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章）。

### 3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

## 第三章 采购内容与技术要求

### 一.项目概况:

额尔古纳市中蒙医院县级“两专科一中心”建设项目（医疗设备采购）

### 二.主要商务要求、技术要求

#### 1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后10天内完成供货
2		标的提供地点	采购人要求地点
3		合同履行期限	合同签订后10天内完成供货
4		合同履行地点	采购人要求地点
5		验收要求	满足采购人国家相关验收质量标准。
6		合同支付方式	1、验收合格，达到付款条件起5日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

#### 2.主要技术要求

采购包1：合同包一

标的名称：磁振热治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.将交变磁场、生物磁振、温热三种物理因子相结合进行同步治疗，可渗透到皮下组织深处，达到消炎、消肿、镇痛的作用。</p> <p>2.具有包括但不限于消炎、消肿、镇痛三种治疗模式，适用于不同病情的精准治疗。</p> <p>3.具有急性期、亚急性期、慢性期三种分期，不少于39种预置处方，可达到对不同部位不同病程的精准治疗。</p> <p>★4.独立双通道输出，双通道参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位。</p> <p>5.输入功率：300VA。</p> <p>6.具有至少三种治疗导子，颈肩型、标准型、肩膝型，可紧密包裹关节和骨突处，贴合不同治疗部位。</p> <p>7.治疗垫表面温度40℃~58℃连续可调，适用于不同疾病或不同温度耐受者的治疗</p> <p>★8.具有无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗。</p> <p>9.具有磁感应强度可调功能，调节范围100~500Gs，可作用于较深组织，并满足不同部位，不同厚度组织的治疗需求。</p> <p>10.具有单频率振动模式，振动频率在30~60Hz范围内连续可调，适合不同疼痛级别患者使用；含有至少4种通断模式，通断比为连续、2:1/2:2/2:3。</p> <p>11.具有多频振动模式，振动频率在30~60Hz内循环扫引，可避免治疗耐受，适合广泛性疼痛治疗；单周期内振动时间5s，有不少于4种的通断比可调节。</p> <p>12.治疗时间1~99min连续可调，步长为1min，治疗结束时，声音提示。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：肺功能仪（台式）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>★1、主机具有快速检测键，支持一键启动测量项目。</p> <p>★2、测量指标至少包括用力肺活量FVC、肺活量VC、最大分钟通气量MVV、静息分钟通气量MV等。</p> <p>3、FVC检测参数至少包括FVC、FEV1、PEF、FEV1%；FEF25、FEF75、FEF2575；FEV0.5/FVC、FEV0.75/FVC、FEV1/FIVC、FVC+FEV1、FEV6/FVC、PEF Time、PEFR、FEF50/FEF25、FEF50/FEF75、EVOL/FVC、FIVC/FVC、FIF2550、MEF、OI、ATI、MTC7550、MET2575；FEV1/VC、FEV1/FEV6、ELA、FET、EVOL、PIF；FEF50等。</p> <p>4、VC检测参数至少包括VC、IC、ERV、IRV、EVC、IVC、VE、RR、tE、TV/tl、tl/ttot、tE/ttot、ttot、TLC、FRC、VC/Ht、60%VC等。（提供第三方检验报告证明）</p> <p>5、MVV检测参数至少包括MVV、RR（MVV）、TV（MVV）、MVV/BSA、MVVT、MVV43、MVV/（FEV1*40）、tE（MVV）、ttot（MVV）等。（提供第三方检验报告证明）</p> <p>6、MV检测参数至少包括MV、RR（MV）、BR、VR、TV（MV）、tl（MV）、tE（MV）、ttot（MV）。</p> <p>7、支持支气管舒张试验和支气管激发试验。</p> <p>★8、具有BTSPS自矫正功能，显示测试的时间和自动测量温度、湿度、大气压力。</p> <p>9、具有流速-容量图、容量-时间图显示功能；具有实时显示呼吸波形功能；具有趋势图显示功能；具有显示多次测量的最好值功能。</p> <p>10、通过测试值与预期值的比率显示测试者状况。</p> <p>11、具有测量质量控制功能，显示质控等级。</p> <p>12、具有定标质控功能，可进行容量验证及三流速验证。</p> <p>13、具有病人信息录入和管理功能、患者记录查询功能、随访问卷功能以及肺功能评估功能。</p> <p>14、具有应诊管理功能。</p> <p>15、具有设置显示及打印配置的功能。</p> <p>16、具有报告生成及打印功能。</p> <p>17、支持多种报告模板并可编辑，可填写诊断结论，可编辑主题、插入医院图标、医生签名图片、审核者签名图片；支持单页、已测试项目等多模式打印。</p> <p>18、具有数据存储、删除、信息回顾功能。</p> <p>19、具有数据通讯功能，支持系统对接。</p> <p>20、性能指标：容量范围至少满足0~10L，误差≤±3%或±0.05L；流速范围至少满0~16L/s，误差≤±5%或±0.17L/s。</p> <p>21、配置：肺功能主机1个、肺功能工作站（含分析软件）1套、标准台车1个</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：吞咽神经和肌肉电刺激仪（双通道）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>★1、适用范围：适用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。</p> <p>2、主要构成：由主机、操作控制器及电极线组成</p> <p>3、结构形式：不可分拆的柜机推车式</p> <p>4、显示操作：液晶屏显示，一键飞梭操作</p> <p>5、治疗功能及输出路（线）数： 同时具备评估、治疗及训练三种功能。 治疗（成人、儿童）模式：4路（8线）；评估、训练模式：2路（4线）</p> <p>6、开路电压峰值：≤150V</p> <p>7、定时范围：1-99min</p> <p>8、输入功率：≤175VA</p> <p>★9、四种输出模式：成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式（训练模式有手控触发与自动触发）、评估模式。</p> <p>10、连续脉冲治疗模式（成人）：</p> <p>★10.1、脉冲强度：0-30mA可调，50档可调</p> <p>10.2、脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调</p> <p>10.3、脉冲间隔：100uS</p> <p>10.4、脉冲频率：20Hz-100Hz可调</p> <p>11、交替脉冲治疗模式（儿童）：</p> <p>11.1、脉冲强度：0-30mA可调，50档可调</p> <p>11.2、脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调</p> <p>11.3、脉冲间隔：100uS</p> <p>11.4、脉冲频率：20Hz-100Hz可调，持续时间：≥1s</p> <p>12、单脉冲训练模式（手控触发与自动触发）：</p> <p>12.1、脉冲强度：0-30mA可调，50档可调</p> <p>12.2、脉冲宽度：10ms-1000ms可调，步距增量10ms、50ms</p> <p>12.3、脉冲间隔：1s-5s可调，步距增量1s</p> <p>13、评估模式</p> <p>13.1评估模式脉冲宽度：1000ms</p> <p>13.2、评估模式脉冲间隔：1000ms</p> <p>13.3、评估模式阈值I：0-30mA可调，步距增量0.12mA</p> <p>13.4、评估模式阈值II：0-30mA可调，步距增量0.12mA</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：注射泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>★1.0 触摸屏：双通道触摸屏</p> <p>★1.1 注射器规格：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml</p> <p>★1.2 注射速率：50/60ml：0.01ml/h---2100ml/h 30ml：0.01ml/h---1000ml/h 20ml：0.01ml/h---600ml/h 10ml：0.01ml/h---400ml/h 5ml：0.01ml/h---150ml/h 2/3ml：0.01ml/h---100ml/h</p> <p>1.3 累计容量：0.01—9999.99ml（以0.01ml/h递增）</p> <p>1.4 限制量：0.01—9999.99ml</p> <p>★1.5 精度：±1.8%（泵本身机械精度±1%）</p> <p>1.6排气流速(丸剂流速) 10mL注射器：1~400mL/h;20mL注射器：1-600mL/h;30mL注射器：1~1000mL/h;50/60mL注射器：1-2100mL/h;以上均以1mL/h步进丸剂量、丸剂量0.10mL~50.00mL连续可调，以0.01mL步进</p> <p>1.7 KVO流速 定速/变速KVO：流速0.1mL/h~5mL/h，以0.01mL/h步进</p> <p>1.8 时间设定范围 00:00:00~99:59:59，以00:00:01步进</p> <p>1.9 阻塞压力值9档，最高档130kPa±20kPa，最低档26kPa±20kPa</p> <p>1.10 注射器品牌16种：可选用品牌6种康进(KJ)，威高(WGJR)，康德莱(KDL),BD,新华，贝朗(B.Braun)、可自定义品牌10种</p> <p>★1.11 注射模式10种：速度模式，药物库模式，体重模式，梯度模式，序列模式，首剂量模式，间歇模式，微量模式，中继模式、TIVA模式</p> <p>1.12 电源：网电电源 ~100V-240V,50/60Hz电池工作时间：充满电后可连续运行超过8小时，内部电池：11.1V可充电锂电池</p> <p>1.13 阻塞自动释放功能：触发管路阻塞报警后马达自动反转，释放管路中积聚压力、避免病人接受不必要丸剂量</p> <p>1.14 环境条件：温度 -5—40℃ 相对湿度20%---90%</p> <p>1.15 IP等级：IP24</p> <p>1.16 使用年限：10年</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：雾化器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、输入电压：~220V(-15%,+10%)，输入频率：50Hz±1Hz</p> <p>2、额定电压：~220V，额定频率：50Hz</p> <p>3、输入功率：200VA</p> <p>4、喷雾速率：≥0.2mL/min</p> <p>5、药液残留量：≤1.0mL</p> <p>6、雾粒中位粒径：3.9μm±25%</p> <p>7、雾化器所产生的压力范围：正常工作条件下，雾化器所产生的压力范围是 60kPa~180kPa;当雾化器发生异常情况，雾化器所产生的最大压力范围是 180kPa~400kPa。</p> <p>8、气体流量：≥7L/min</p> <p>9、工作噪声：≤60dB(A)</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：坐式体重计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.液晶显示。 2.体重测量方式 3.体重量程。 4.测重传感器 5.人体工学设计座椅，安全，可靠，考虑周全，十分舒适； 6.25mm字高液晶，附白色LED背光； 7.单精密平衡压力传感器称重； 8.300kg分度值:100g； 9.高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁式压力传感器； 10.防动测量功能。重置、测量数值保留、自动关机、除皮等功能；

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：防褥疮恒温水垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1防褥疮垫由符合GB 10010-1988标准的医用软聚氯乙烯制成，床垫内部由若干圆形独立水柱体，上下连接组成，左右两侧采用独立气室设计（水气分离结构） 2热合性能 防褥疮垫热合应严密，热合处整齐、平整，气嘴应安装牢固端正； 3.充气压力 防褥疮垫的充气垫在135kg的工作载荷下，其最大压力应不小于4kpa； 4.密封性 将防褥疮垫的充气垫充气到最大气压，充水垫充满水，在医用防褥疮垫上均匀放置135kg的沙袋，放置24h后，充气垫的最大压力的压力降不大于5%；充水垫无肉眼可见的渗漏现象。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：自动血压测量仪（医用）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1 测量原理 示波法 2 显示屏 LCD 显示屏 3 测量位置 左右臂均可 4 适应臂周范围 17~42cm 5 测量范围 血压量程: 0~299mmHg; 脉搏数: 40~180 次/分 6 手臂伸入检测功能 手臂伸入臂筒时, 感知测量开始, 启动语音引导 7 测量精度 压力显示精度: $\pm 3\text{mmHg}$ ( $\pm 0.4\text{KPa}$ ); 脉搏测量精度: $\pm 2\%$ 或 $\pm 2$ 次/分 (取最大者) 8 肘部位置传感器 电子肘部位置传感器, 并有图标提示手臂放置位置是否正确 9 臂筒角度调节 自动上下浮动式臂筒 10 平均测量模式 可一键启动连续 3 次测量, 并自动得出平均值(中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法) 11 二维码打印 测量结果可以二维码形式打印出来 12 打印装置 热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 13 ID 功能 可连接扫描枪或身份证读卡器 14 抗菌设计对应 外壳: 抗菌树脂 袖带: 抗菌布套 15 臂筒组件交换功能 臂筒可自主拆卸更换, 并具备自检自校功能。 16 语音功能 10 档音量调节, 测量全程语音引导和测量结果播报。 17 用户教育 根据测量结果, 显示提示信息 18 通信数据输出 USB 数据传输
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 特定电磁波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用治疗板直径: 166mm; 2.电源输入: AC 220V 50Hz 3.功率: 250VA 4.支 臂伸缩范围: 0-78cm; 5.电源盒升降范围: 0-60cm; 6.头部调节范围: 仰角: 0-90°; 方位角: 360°; 7.波 普范围: 2 $\mu\text{m}$ -25 $\mu\text{m}$ ; 8.定时范围: 0-60分钟; 9.工作寿命: >2000小时。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 微波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>★1、微波频率：2450MHz 误差±0MHz</p> <p>2、最大理疗输出功率：≥180W</p> <p>3、辐射器电压驻波比：≤3</p> <p>4、微波辐射泄漏：&lt;1.1mW/cm<sup>2</sup></p> <p>5、定时范围：1-30分钟</p> <p>6、输入功率：≤1000VA</p> <p>★7、显示操作方式：≥14吋触摸屏。</p> <p>★8、微波发射源：微波固态源。</p> <p>9、随意悬停升降支架臂，轻松放置辐射器到理疗部位。</p> <p>★10、辐射器配置：≥3支（需包含≥360×120mm鞍型辐射器1支，≥220×80长方形辐射器1支）。</p> <p>11、推车一体式设计。</p> <p>12、微波设备附件符合YY 0899-2020的要求。</p> <p>13、电磁兼容符合YY 9706.102-2021及GB9706.206-2020中条款202的要求。</p> <p>14、安全要求符合GB 9706.1-2020、GB 9706.206-2020的要求。</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：带轮诊椅（PT凳）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.带液压油缸，360°旋转</p> <p>2.额定承载：2000N</p> <p>3.产品用途：</p> <p>4.康复师进行手法治疗时可移动的坐具。</p> <p>5.特点和功能：</p> <p>6.凳面高度可调，方便康复师使用。</p> <p>7.凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。</p> <p>8.凳面可以360°旋转。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：红外线治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.电源：220V、50Hz</p> <p>2.波谱范围：0.6μm~2.5μm.</p> <p>3.红外线灯泡额定功率(W)：150W</p> <p>4.定时器时间范围：0min~60min、长通</p> <p>5.定时器型式：机械定时（金属定时器）</p> <p>6.活动臂水平伸缩范围（mm）：0~900</p> <p>7.活动臂上下活动范围（mm）：350~1500</p> <p>8.灯头连接：采用铝接头（转头带有自动锁扣，转动无需松紧旋钮）</p> <p>9.支撑系统：采用一体式高端支臂，有效防止螺丝松动，避免断管夹线。</p> <p>10.防烫灯头：新型耐高温防烫材质，不小心接触皮肤不会烫伤。</p>

---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：身高体重体脂分析仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.身高测量方式 高精度超声波探头并实现温差补偿</p> <p>2.体重测量方式 精密平衡梁式压力传感器称重</p> <p>3.测量范围 身高：20cm—200cm 体重：2kg—500kg</p> <p>4.精确度 身高：±0.5cm或±0.1cm 体重：±0.1kg</p> <p>5.体 型 国际通用体格指数 (BMI)</p> <p>6.血压测量方式 臂筒式示波测定法，可左右臂测量</p> <p>7.血压测量范围 压力：0-295mmHg(0-39.3ka)，脉搏:40-190times/min</p> <p>8.血压测量精度 压力：±3mmHg 脉搏数：±5%</p> <p>9.脂肪测量方式 人体生物电阻法精准测量人体脂肪量和脂肪率及人体成分10项：基础代谢10.谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、内脏脂肪指数、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便。</p> <p>11.身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%</p> <p>12.男正常体脂率约在10~20%之间，女约在20~30%之间。</p> <p>13.血氧测量：智能血氧检测仪</p> <p>14.性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率，是呼吸循环的重要生理指数</p> <p>15.范围：35%-100% (95%-99%正常状态)</p> <p>16.体温测量 (额温枪)：精密红外线体温测量仪</p> <p>17.性能：采用专业人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过±0.2度体温范围：34℃-43℃ 分度值：0.1℃ 测量距离1-5CM</p> <p>18.语音提示 测量过程提示及测量结果播报，可根据客户需求定制播报。</p> <p>19.热敏自动打印 高速热敏打印机，换纸方便；日期、时间、身高、体重、BMI (体型)、理想体重、高压低压、心率、脂肪量、脂肪率、人体成分十项、体温、血氧饱和度、饮食建议，可打印医疗卫生单位名称电话等。</p> <p>20.数据输出格式 有线通信 RS-232串口</p> <p>21.无线通信 无线蓝牙、WIFI、4G/5G (选配)、云接口 (选配)</p> <p>22.数据可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统。</p> <p>23.系统兼容 健康系统 可与第三方健康数据通信电子档案兼容与医院、电子病历(E MR)、HIS等健康体检系统数据共享通信、选配拓展 人脸识别、视力测试、酒精检测、中医体质辨识、IC/ID卡、身份证/社保卡、扫码等。使用温湿度 -20-40℃ 20%-85 %RH</p> <p>24.电源电压 AC 220V 50HZ</p> <p>25.平均功耗 ≤20W</p> <p>26.外形设计测量、显示、打印一体化，模具一次成型，符合人体工程学，自带小轮方便移动。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：空气波压力循环治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、工作环境： 环境温度5℃~40℃；相对湿度≤80%；大气压范围860hPa~1060hPa；电源AC 220V±22V 50Hz±1Hz；预热时间2min； 输入功率150VA；</p> <p>2、产品采用触摸屏显示及操作，更简便快捷，优化了临床使用的治疗效率；</p> <p>3、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；</p> <p>4、设备可连续工作8小时以上；</p> <p>5、工作噪声：设备正常工作时噪声应≤65dB(A)；</p> <p>6、治疗时间：1~99min可调，调节步长为1min，定时误差≤±2%，最大≤±1min；</p> <p>★7、空气波+生物波“两功合一”；</p> <p>★8、空气波标配8腔充气，可选配转接口扩展为16腔；</p> <p>9、空气波充气模式：8种充气模式；</p> <p>10、空气波压力范围：5kPa~25kPa可调，调节步长1kPa；</p> <p>11、配备紧急按钮，可随时中止治疗程序，保证患者治疗安全无隐患；</p> <p>12、空气波具有四重泄压功能，保护患者使用安全；</p> <p>13、电疗输出频率0~900Hz，1~99级，无纲常数调节；</p> <p>★14、电疗输出波形：无序波、菱形波、矩形波和钟形波共4种；</p> <p>★15、电疗治疗处方：脑梗塞模式、脑出血模式、脑外伤模式、小儿脑瘫模式共4种；</p> <p>16、电疗最大输出幅度有效值≤25V；</p> <p>17、电疗输出强度：1~99级，无纲常数调节；</p> <p>18、电疗比率：1~99级，无纲常数调节；</p> <p>19、电疗脉冲宽度：0.15~100ms；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：熏蒸治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、电源：AV220V±22V 50Hz±1Hz；</p> <p>2、额定输入功率：3000W；</p> <p>3、熏蒸温度：35~45℃可调（46℃~99℃为煎药温度）；</p> <p>4、时间：0~60min可调；</p> <p>5、床面负载：≤150kg；</p> <p>6、单区最大加液量：6L；</p> <p>★7、50℃超温保护，紧急停止装置，双重安全保护；</p> <p>8、臭氧消毒：防止交叉感染。</p> <p>9、独立的三个温区恒温控制：颈肩熏蒸区：四个部位可选择熏蒸；腰臀熏蒸区：三个部位可选择熏蒸并可调节熏蒸位置；</p> <p>下肢熏蒸区：四个部位可选择熏蒸；</p> <p>10、三个温区可独立使用，也可同时使用，任意两个温区可组合使用，可做颈、肩、脊柱、下肢等多部位局部熏蒸；</p> <p>11、三区各自具备独立的自动送暖装置，自动吹送重要蒸汽，可均匀中药蒸汽温度，确保温度恒定；</p> <p>12、设计有弧形的颈椎专用熏枕，上面雕刻有凹槽，更符合人体工学原理及气流原理；</p> <p>13、三区温度独立控制调节，同时使用三区熏蒸时，可根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度；</p> <p>14、具有自动漏电保护、自动防干烧、自动报警、自动定时、自动恒温等功能；</p> <p>15、抗菌、耐磨、耐热、耐药皮革；</p> <p>16、玻璃钢床体一次成型，牢固、耐酸碱腐蚀；</p> <p>17、独立的操作台，机电分离化设计；</p> <p>18、进口食品级玻璃钢全身式熏蒸罩。</p> <p>19、床体尺寸：2130mm*810mm*1000mm</p> <p>20、台车尺寸：375mm*450mm*850mm</p> <p>21、100Kg±10%</p>
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：立体动态干扰电治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、工作环境：环境温度5℃~40℃；相对湿度≤80%；大气压范围700hPa~1060hPa；电源 AC 220V±22V 50Hz±1Hz；</p> <p>2、全触摸屏操作，更简便快捷，优化了临床使用的治疗效率；</p> <p>3、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；</p> <p>4、具有双路（二维）干扰输出、立体（三维）干扰输出两种输出模式；</p> <p>5、双通道12路吸附杯电极，12路普通电极，可极大满足日常临床需求；</p> <p>6、顶盘加热功能，人性化考虑，增加舒适感，加热功能可单独开启及关闭，最高温度为40℃±3℃；</p> <p>7、采用双模块控制单元，分别负责调制波形和控制硬件，使得治疗电的波形更加的准确稳定；</p> <p>8、过流、开路、短路时提示警报，保证患者使用安全；</p> <p>9、载波频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz五档可选，允差±10%；</p> <p>10、低频调制频率：0~199Hz，允差在10%或±1Hz取较大值；</p> <p>11、调制方式：间歇调制：采用间歇方波调制正弦波（载波），占空比为50%，允差±20%； 连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波（载波），调幅度为0、25%、50%、75%、100%五种可选，允差±5%；</p> <p>12、差频频率：1~199Hz，差频模式：低差频模式、中差频模式、高差频模式、广差频模式、超广差频模式共五种模式；</p> <p>13、差频变化模式：自然节律：相应范围内随机变化；周期性变化；15s、30s、60s三种，允差±10%；</p> <p>★14、干扰模式：普通干扰、三维立体、动态节律、立体动态节律、调制干扰、立体调制、对极调制、立体对极调制、程序，共9种模式可选；</p> <p>15、0秒、3秒、6秒、9秒、12秒、15秒，六种动态节律可选，允差±10%，不易产生耐受性，疗效显著；</p> <p>★16、具有可自定义参数的程序模式，二维、三维等所有参数均可根据治疗需要调节，适用性更广；</p> <p>17、具有负压吸引功能，输出负压：0kPa~25kPa连续可调，最大负压值允差±10%；</p> <p>18、治疗时间：1~99分钟连续可调，步长1分钟，误差为±5%；</p> <p>19、噪声：≤60dB（A）；</p> <p>20、最大输出电流≤50mA，安全性能可靠；</p> <p>21、不同负载下的输出电流变化率≤10%；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冲击波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、工作环境：环境温度 5℃~45℃ 相对湿度 10%~80%；大气压范围 700hPa~1060hPa；电源 AC220V±10% 50Hz±2%；输入功率 ≤500VA；</p> <p>2、本设备是采用国际先进气压弹道技术研发的发散式冲击波治疗仪；</p> <p>3、产品采用两个真彩触摸屏，可根据使用场景折叠屏幕；</p> <p>4、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；</p> <p>★5、双治疗手柄，每一屏幕各对应一个治疗手柄，每一通道皆可单独操作，真正意义上的双通道；</p> <p>6、标配6种治疗头，规格为：6mm准直式、9mm准直式、15mm准直式、15mm发散式、20mm发散式、25mm发散式；可根据治疗部位更换治疗头，使临床治疗更灵活；</p> <p>7、采用优质进口无油空压机，压缩气体的干净无污染，相比传统有油空压机更适用于医院环境；</p> <p>8、治疗能量压力：0~4Bar可调，步长0.1Bar；</p> <p>9、治疗频率：1~21Hz可调，步长1Hz，误差≤±5%；</p> <p>10、治疗计数范围：0~9999次，步长为100，误差≤±5%；</p> <p>★11、内置人体彩色图谱，包含11个部位的多种处方，处方包括：冲击强度、冲击次数、手持压力、频率、治疗次数、间隔周期和治疗探头的选择；</p> <p>12、最大能量密度为1.83mJ/mm<sup>2</sup>，误差≤±20%；</p> <p>13、最大穿透深度12mm，误差≤±20%；</p> <p>★14、子弹体质保，使用总次数≥1000万次；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：经颅磁刺激仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1、工作环境：环境温度 5℃~40℃；相对湿度 30%~85%；大气压范围 860hPa~1060hPa；电源 AC 220V±22V， 50Hz±1Hz；</p> <p>2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；</p> <p>★3、独立四通道磁疗输出，可同时治疗4人；</p> <p>4、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现；</p> <p>5、可选购儿童专用治疗帽，更加贴合儿童头型结构；</p> <p>6、磁治疗帽治疗头数7个；</p> <p>7、磁场频率：50Hz±12%；</p> <p>8、治疗头中心磁感应强度：1档3mT~9mT，2档10mT~17mT；</p> <p>9、微振功能振频四挡可调：0Hz、2Hz、5Hz、10Hz，±10%；</p> <p>10、微振功能振幅四挡可调：0V、10V、16V、27V，±10%；</p> <p>11、治疗时间：1~99min，调节步长为1min，误差±5%；</p> <p>12、治疗仪可长时间运行，连续运行8小时以上；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用诊疗床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>外形尺寸：1900*600*650mm</p> <p>1、基材：采用壁厚≥1.0mm厚冷轧钢管，具有抗酸、防锈、防蚀等特点，金属件喷涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；金属件喷涂层无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2、表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。</p> <p>3、海绵：采用高弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形。</p> <p>4、面料：采用环保皮革，耐磨防污性好，全张革厚薄基本均匀，无油腻感；正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面，柔软、丰满有弹性；。</p> <p>5、配四个防潮调节脚垫，具有防滑，耐磨，静音效果。</p> <p>6、结构：环保皮软包+钢制脚架。</p> <p>7、功能及配置：</p> <p>1.产品带有腋窝凹槽及肘关节托板设计，患者俯卧使用时更加舒适。</p> <p>2.头洞造型圆润且采用人性化设计，头洞下方带有手机（平板）放置托盘，患者在诊疗康复过程中降低枯燥感。</p> <p>3.床面底部带有置物架功能，方便存灸疗仪器或其它诊疗设备。</p>
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：智能音乐放松椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、触觉系统：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.放松椅接触面为仿真皮，浅色，时尚耐用。</li> <li>2.椅子为人体工学设计，可电动收缩折叠，可根据不同姿势，进行坐和躺卧。整体给人保护感，让使用者感觉躺在一个四面有保护的空间中。缓解来访者不安、恐惧情绪。</li> <li>3.椅子扶手特制外扩造型，手臂可放松式摆放到扶手上，也可在紧张或者恐惧时用手抓扶，给心理治疗者安全感和主动感，使其能很快进入到放松程序中。</li> <li>4.按摩技术：通过遥控器控制震动按摩，对臀部，腰部，背部，颈部震动按摩，多种智能开启模式，通过特殊设计波形和频率的震动刺激人体激神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡肽等），调整植物神经功能，增强Alpha波活动，减少Delta波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。</li> </ol> <p>二、听觉系统：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.沙发靠背内置心理学专用音响系统，失真度（THD）：&lt;5% at 0.1W/1KHz，声压灵敏度（SPL）：100±3(dB)at 0.1W/0.05m，音乐保真性强，提高神经放松程度。</li> <li>2.系统将进入耳朵的音乐声控制在20-42分贝范围左右，并通过特殊设计波形和频率刺激人体神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡肽等），调整植物神经功能，增强Alpha波活动，减少Delta波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。</li> </ol> <p>三、视觉系统：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.百万像素，10寸"4G+32G内存，HD全高清屏，主频2.0Ghz支持心理音乐、心理图片、心理视频等各种文件格式播放，无线遥控控制。高清视频真实还原，显示效果细腻出众。</li> <li>2.高清多媒体播放，1080P高清视频解码，兼容RMVB（720P）格式，画面清晰流畅，高像素图片，多种音频格式及电子书播放功能。</li> <li>3.丰富的存储介质选择，支持U盘及USB硬盘、SD/SDHC存储卡（max32GB），并内置大容量存储芯片8G，椅身自带1G存储空间。</li> <li>4.支持MP3，MPEG，PCM，COOKER（64.1Kbps），AAC，FLAC，WMA，WAV等视频格式；支持TS，TP，RM，RMVB，AVI，MPG，MPEG，VOB，DAT，M2TS，MTS，MP4等音频格式；支持BMP，JPG，JPEG，PNG等图片格式，可以听音乐、看心理电影、看心理图片，辅助进行心理放松训练。</li> </ol> <p>四、音乐放松系统：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.音乐播放功能：大自然温泉、芳香迷迭香、放松指导、静心乐曲四大类，共计39套不同的减压音乐。</li> <li>2.视频播放功能：内置心理电影3套，可根据自身需求自行添加。</li> <li>3.图片欣赏功能：学者图、心理图、放松图三大类，共计80副心理图片。</li> <li>4.心理阅读功能：内有心理文章20篇。</li> </ol>
---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：沙疗床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、尺寸：2.2m*1.2m*0.6m 2、额定电压：220V 3、温控系统：有 4、额定功率：1800W（24小时开耗电量4-6度电） 5、电热保护器：18个（内置） 6、床体木材：香樟木 7、过热保护器：18个（内置） 8、漏电保护器：有 9、加热系统：远红外频谱碳晶加热板 10、保温材料：双层A级阻燃保温材料 11、电路导线：国际耐高温（500度）、阻燃
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：多功能电离子手术治疗机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、电源电压：220V±10% 频率 50HZ 2、功率：100W 3、输出电压指示：5~15V 4、主载频率：2MHz 5、工作模式：长火、短火 6、操作方式：长短火切换，可气化、切割、凝固 7、单极治疗手柄：1支,各种治疗头：20支 8、不同型号配备有各科专用的双极凝固工具 9、体积：14cm×32cm×32cm 10、重量：≤4kg

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：超声骨密度仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、专用ABS豪华可移动工作台车；</p> <p>2、多部位测量可选（成人桡骨+成人胫骨+儿童桡骨+儿童胫骨）；</p> <p>★3、手持式宽频聚焦探头，探头发射工作频率和标称中心频率为1MHz±15%；</p> <p>4、SOS测量范围：2500-4800m/s；</p> <p>5、在校准测量模式下，测量体模声速（SOS）与体模标称声速误差≤±1.5%，SQV双体模校准出厂检验；</p> <p>★6、CV(变异系数)&lt;0.4%；</p> <p>7、软件具有中国人、亚洲人、欧洲人、美国人等参考数据；</p> <p>8、可测量年龄段：0-100岁。测量儿童时，软件自动播放动画，分散儿童注意力，方便测量；</p> <p>9、计算参数：SOS值、T值、Z值、BMI等参数；</p> <p>10、软件自动分析并自动显示：正常、骨量减少、骨质疏松等诊断提示；</p> <p>11、软件具有同一被测者不同年龄的数据对比功能，方便医生观察被测者的骨质变化；</p> <p>12、软件具有具有成人病例筛选、儿童病例筛选、已测病例筛选、未测病例筛选、时间段筛选、创建时间筛选、删除病例、删除测量结果、批量删除、多病人批量打印、单病人多次测量数据批量打印等功能；</p> <p>★13、软件病案管理中的内容：姓名、性别、出生日期、年龄、身高、体重、测量时间、检查部位、参考数据、送检医师、检查医师、风险因数等，均为可编辑，方便操作者使用；</p> <p>14、软件具有EXCEL批量数据导入导出功能、联网功能；</p> <p>15、使用电源 AC220±22V 50Hz±1Hz；</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：中频理疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、工作条件：</p> <p>1) 环境温度：+5℃~+40℃；</p> <p>2) 相对湿度：30%~75%；</p> <p>3) 大气压力：860hPa~1060hPa</p> <p>4) 额定电压：AC 220V ±10% 50Hz ±2%</p> <p>5) 输入功率：90VA。</p> <p>2、台式机设计，小巧便携，可选配推车结合使用；</p> <p>3、触摸屏操作；</p> <p>4、双通道，4路普通发热型电极，4路吸附电极；</p> <p>5、电极具备吸附功能，其吸力应可调节，范围0~30kPa，允差±10%。且最大负压值不超过55kPa；</p> <p>6、工作频率：输出脉冲频率2kHz~10kHz，周期：0.1ms~0.5ms，允差±10%；</p> <p>7、脉宽：0.01ms~0.3ms范围；</p> <p>8、输出电流：500Ω负载时最大输出电流应≤100mA；</p> <p>9、不同负载下的输出电流变化率应不大于10%；</p> <p>10、调制频率范围：0~150Hz，允差±10%；</p> <p>11、调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合；</p> <p>12、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%；</p> <p>13、电极片可发热，最大发热温度应≤60℃；</p> <p>14、干扰电差频频率：0~200Hz，允差±1Hz；</p> <p>15、干扰电动态节律：4s~10s，允差±10%；动态位移不超过动态节律的±30%；</p> <p>16、干扰电差频变化周期：15s~30s。允差±10%；</p> <p>17、工作时，噪声≤60dB；</p> <p>18、定时范围：1~99min，允差±5%；</p> <p>19、强度设置：0Vp-p~50Vp-p，0~99档可调；</p> <p>★20、内置70种处方，分8种类模式；</p> <p>21、误操作提示功能：当电疗仪电源中断或治疗结束时，电疗仪无输出；</p> <p>22、输出调节功能：输出幅度的调节应连续均匀，最小输出设定值不大于最大输出设定值的2%；</p> <p>23、连续工作时间≥4h；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：红外光灸治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、工作条件：</p> <p>a) 环境温度 5℃~40℃；</p> <p>b) 相对湿度 ≤80%；</p> <p>c) 大气压范围 700hPa~1060hPa；</p> <p>d) 电源 AC 220V 50Hz；</p> <p>2、全触摸屏操作，界面简洁，人机界面友好，优化了临床使用的治疗效率；</p> <p>3、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；</p> <p>4、输出通道：双通道双治疗头输出；</p> <p>★5、温度设定：30℃~60℃，每5℃可调；</p> <p>6、时间设定：1~60min，每1分钟可调；</p> <p>7、红外光波长范围 760nm~1000nm；</p> <p>8、光功率：≥8mw；</p> <p>9、有效辐照面：单个光源的照射面积≥40cm<sup>2</sup>；</p> <p>10、工作状态下噪声值≤ 60dB(A)；</p> <p>11、连续工作时间：≥4h；</p> <p>12、包含嵌入式软件，</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吸痰器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.高负压、低流量</p> <p>2.电源电压:~220V,50HZ</p> <p>3.输入功率:260VA</p> <p>4.极限负压值:≥0.075Mpa</p> <p>5.负压调节范围:0.02Mpa~极限负压值</p> <p>6.抽气速率: ≥12L/min</p> <p>7.熔丝管: F1.6AL Φ5×20 250V</p> <p>8.贮液瓶:1000mL,一只</p> <p>9.噪声:≤70dB(A)</p> <p>10.重量:3.6kg</p> <p>11.外形尺寸:280x196x285(mm)</p> <p>12.正常工作条件:环境温度范围:+5℃~+35℃相对湿度范围:≤80%，大气压力范围:860hpa~1060hpa</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：干式水疗床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>1.材质：304优质不锈钢；床垫材质：食品级高弹性硅胶</p> <p>2.★材质安全性要求：为确保使用者的安全，所有直接接触皮肤的材质必须满足以下要求：①无皮肤刺激性：不锈钢材质不得对皮肤产生刺激反应。②无致敏性：不锈钢材质不得引起过敏反应。③无细胞毒性：不锈钢材质对细胞无毒性影响，提供第三</p>

<p>1</p>	<p>★</p>	<p>方检测机构出具的带CMA标识的检验报告</p> <p>3.★设备不锈钢框架材质耐腐蚀等级≥8级，提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检验报告。</p> <p>4.外形尺寸：2230*800*950mm（±50mm）</p> <p>5.产品特点：仿生设计；整体外观采用仿生设计，打破传统造型设计，完美展现产品美感</p> <p>6.产品功能：具有温热疗法、按摩治疗、色彩心理疗法、负氧疗等四大主要特色功能；能有效促进机体的新陈代谢，舒缓紧绷的肌肉；促进血管扩张及血液循环，缓解精神压力，舒缓紧张的关节，改善颈、肩、腰椎、腿的慢性疼痛</p> <p>7.脚部按摩：促进血液循环，加快新陈代谢，缓解疲劳，提高睡眠质量</p> <p>8.遮光头罩：头部上方配有半封闭式头罩，内设呼吸灯光（多色可变），理疗时喷出芳香雅气，提高理疗舒适度，促进治疗效率；头罩可翻转，翻转角度0°~90°患者可轻松进入水疗床</p> <p>9.控制系统：立式控制系统，多方位安装，高度可调节；触摸屏功能设置按钮图文人性化设计，操作方便；水温、水疗时间、按摩部位等可设置，按摩过程人体示意图等同步显示，视觉直观，内容丰富</p> <p>10.手机充电功能：有线/无线手机充电，设有多个USB接口，可接入移动U盘或连接蓝牙播放音乐</p> <p>11.色彩、音乐心理疗法：水疗过程中配以合适的音乐，柔和的灯光，从心理方面提高康复治疗效率</p> <p>12.护颈头枕：护颈头枕自然贴合，头、颈、肩一体承托，舒适升级</p> <p>13.侧方扶手：侧方扶手采用易抓握形态，为患者起身时提供帮助，周围设灯光，触摸时亮起</p> <p>14.温热疗法：自带加热功能，水温可以保持在25-50℃</p> <p>15.按摩治疗：配置≥4个按摩喷头。配备≥6种按摩组合模式，10%-100%无极可调喷射水压，对人体的肩部、腰部、大腿、小腿可以局部按摩，也可以全身同时按摩，满足不同的需求，灵活选择；而且通过微细水流喷射可以体验到非常舒适自然的按摩效果；按摩移动区域：1350mm（±50mm）</p> <p>16.按摩移动速度：按摩移动速度10%-100%无极可调设置，可根据使用者不同状态设置不同按摩速度</p> <p>17.时间设定：系统可设置按摩时间，具有倒计时显示，设置范围：1-60分钟</p> <p>18.负氧：吸入负氧可增强人体细胞，组织和器官的物质代谢，增强各器官的功能，提高机体免疫力，对脑供血不足、脑梗塞、冠心病、哮喘、神经衰弱等常见病有很好防治作用</p> <p>19.安全性：采用全密封注水箱，床垫为绝缘材，充分保证人体安全；设备具有防漏电保护、过欠压保护、过流保护、电机异常保护</p> <p>20.注水量≥300L</p> <p>21.净重量≥150kg</p> <p>22.电压：AC220V/50Hz</p> <p>23.功率≥5kw</p>
----------	----------	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：远红外按摩理疗床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、运动小车行程：≥800mm 2、滚动按摩范围(L×W)：≥1600mm×380mm 3、滚动按摩周期：40s±5s 4、定时范围：1min—60min任意设定，步长为1min 5、定时误差：±5% 6、温度控制范围：30℃—40℃， 7、温度控制误差：-5℃~+8℃； 8、升温时间：23℃~25℃所用时间≤10min 9、温度均匀性：在1600mm×380mm范围内,温度均匀性≤6℃； 10、整机噪音：≤65db(A) 11、滚动按摩范围(L×W)：≥800×200mm 12、振动负载：当床面均匀承载135kg时，不停振； 13、振动频率：50Hz±3Hz
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：心肺复苏机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、适用范围： 用于对成年心脏骤停患者进行胸外心脏按压。适用于院前、院内以及患者转运过程中使用。</p> <p>二、主要技术参数</p> <p>1.电动电控型心肺复苏机，无需气源即可实现心脏按压。</p> <p>★2.整机重量（含电池及背板）≤7.9kg。</p> <p>3.采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与背板采用卡扣式连接，</p> <p>4.设备连接完毕后仅1步操作即可实现按压，开机后1步启动按压</p> <p>★5.启动按压后，按压头接触到患者完成自动定位功能，无需人工定位。</p> <p>6.按压头采用负压吸盘设计，有效提拉胸腔回弹，防止胸腔塌陷</p> <p>7.屏幕尺寸≥3.5 英寸，亦可通过硅胶独立按键使用，操作灵活方便</p> <p>8.按压深度：30~60mm可调，按压频率：100~120次/分钟</p> <p>9.按压通气模式：30:2、连续按压和15:2</p> <p>10.按压/释放比：按压/释放比为50%：50%（即1:1）</p> <p>11.插拔式可充电锂离子智能电池，1块电池可连续工作60分钟以上，具有电量显示灯</p> <p>★12.电量报警：具有电池电量低报警，设备至少还能工作10分钟。具有电池电量即将耗尽报警，后伴随60S关机倒计时。</p> <p>★13.急救事件回顾：可回顾按压时间、暂停时间以及CCF值。</p> <p>14.具有手臂固定带和移位稳定带，手臂可与按压装置固定连接，方便移动过程中使用。</p> <p>15.设备兼容性：背板采用塑料纤维材质，可透X光</p> <p>16.配有便携式背包，利于野外或转运过程中携带使用</p> <p>17.产品通过EN 1789救护车标准认证</p> <p>18.整机防护等级：IP43；电池防护等级：IP44</p> <p>★19.联网功能：可选配4G、5G模块。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：半卧位护理床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、规格尺寸：2100×1000×470mm（±30mm）</p> <p>2、功能：手摇起背0-70°±10°，手摇起腿0-30°±10°</p> <p>3、床头、床尾采用抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良的ABS高级工程塑料一体成型。塑料件外观应通过GB/T 32487-2016标准检测，通过GB/T 28481-2012有害物质限量检测，通过BG/ 24128-2009防霉性能试验检测，且防霉等级为≤1级。</p> <p>4、床面采用优质冷轧钢带一次压制成型，厚度≥1.2mm，便于透气并具有防滑功能，表面无焊点，表面采取静电喷塑处理，床板四周内焊接加强筋，增加承载力，冷轧钢板材质通过化学成分、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率检测。</p> <p>5、床体骨架采用厚度≥1.2mm的成型方管激光切割机下料焊接而成。高精度激光切割机下料，先进机器人焊接工艺，保证焊接质量。</p> <p>★6、整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化镀膜等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜亮，附着力≥2级。并通过乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥500h后，涂层耐腐蚀等级达到10级。</p> <p>★7、六档铝合金折叠式护栏，开关把手采用钢塑材质，六档式设计，护栏表面经电泳硬化处理，可根据需要做升降调节。开关具有防夹手设计，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高床面，可防止床垫移位；护栏上下支座采用厚度≥3.0mm冷钢冲压件，防尘又美观大方、坚固耐用。护栏使用寿命≥10万次。</p> <p>8、直径≥5英寸双面刹车脚轮四个，四脚独立刹车功能，防静电、静音效果好、制动能力强，转动应灵活、可靠，脚轮与床架装配牢固，制动后病床不会有相对滑动，方便推行及控制，同时还具有良好的减震降噪的作用，脚轮内部配备精密轴承，降低噪音，并提高脚轮整体的顺畅度。</p> <p>9、配置ABS隐藏式摇把，可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，丝杠具有双向极限保护设置。</p> <p>10、床边具备四个输液架插孔。</p> <p>11、输液架：采用手控伸缩设计，操作灵活，不锈钢材料、轻巧、对称式回钩以满足临床需要。</p> <p>12、病床护栏、床头尾板通过70kg沙袋撞击无损坏，护栏提升23万次后，升降灵活，无异响，零部件无松动。</p> <p>13、床体整体承重≥300kg，脚轮与床腿承重≥300kg，背部、腿部承重≥150kg，丝杠独立承重≥750kg。</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：舌脉象、经穴、体质辨识采集分析仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.产品临床验证准确率超过90%，舌象单元临床验证准确率大于92%，体质辨识单元临床验证准确率大于90%。</p> <p>2.具备AI智能舌象检测、AI智能面象检测、AI智能体质辨识检测、AI智能问诊检测、AI智能合参检测等多种诊疗检测功能，其中各功能单元支持独立运行并自动输出单项检测报告，亦可整合运行生成多诊合参综合报告。</p> <p>3.具备全球智慧中医大数据中心。</p> <p>4.主机使用寿命：≥10年。</p> <p>5.照度：标称值（X）允差±8.1%，<math>X \leq 3600 \text{Lux}</math>。</p> <p>6.相关色温：在<math>4500\text{K} \leq T_c \leq 7000\text{K}</math>范围内。</p> <p>7.显色指数：<math>R_a \geq 93</math>。</p> <p>8.辐射照度：设备在300nm~2500nm光谱范围内的最大照度时的辐射照度不超过350W/m<sup>2</sup>。</p> <p>9.紫外辐射照度：设备在200nm~400nm光谱范围内的最大照度时的有效紫外辐射照度不超过0.008W/m<sup>2</sup>。</p> <p>10.分辨率：不小于5 lp/mm。</p> <p>11.相对畸变：不超过±5%。</p> <p>12.彩色还原：采集图像时可实现色彩校正，成像装置能对色彩准确还原，使标准色卡上色彩得到重现，各色在CIE LAB色空间的色差（<math>\Delta E^*_{ab}</math>）不超过20。</p> <p>13.支持人脸位置识别功能，AI自动抓取舌面、舌下络脉和面部位置特征信息，自动有效过滤无关部位数据。</p> <p>14.可通过舌面象特征采集与智能化分析，可得出整体面色、局部特征（耳鼻、面态、面形）的结果；对面图像的分析结果：整体面色分析结果≥40种。</p> <p>15.可通过舌面象特征采集与智能化分析，判别人体九种基本体质，出具季节性干预方案，给出推荐的食疗、足浴保健（含配方）、中医适宜技术干预方案。</p> <p>16.设备可对舌图像的分析结果进行自动分析。</p> <p>17.硬件配置：配备高清相机，具备微距拍摄功能，镜头分辨率≥4500万像素。</p> <p>18.标配体质辨识功能，可以对中医不少于9种体质（平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质等）做辨识判定。</p> <p>★19.必须取得中华人民共和国第二类医疗器械注册证。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：转运床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、车体采用优质碳素型钢焊接成形,表面除锈,树脂粉末静电喷涂; 2、平车面板及护栏采用进口PE材料一次成型, 坚实美观; 3、全藏式ABS护栏, 可完全收于车面之下, 实现零间隙搬运, 便于车上紧急抢救病人; 4、该车采用国际先进的中控刹车系统, 分为三档, 刹车, 万向, 定向, 操作简单, 稳定, 可靠; 5、头部带有氧气瓶支架, 方便易用人员使用; 床体一端配有四钩螺钉锁紧可升降输液架; 6、背板采用进口气弹簧作支撑力源, 操作简易方便, 可升降角度0度至88度, 最大承重300KG; 7、整体升降采用螺旋机构传动, 升降范围达500~900mm之间; 8、规格: 1930*640*500/900mm±30mm。 9、包装尺寸: 1970X750X670mm 净重: ≤75KG 毛重; ≤105KG
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 睡眠治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.主机尺寸：长140mm宽75mm高23mm</p> <p>2.额定输入功率：0.5A</p> <p>3.刺激波形为双向对称方波。</p> <p>4.脉冲宽度为500μs、0.5s、1.0s，允差±10%。</p> <p>5.脉冲周期和工作频率：脉冲宽度500μs时脉冲周期10ms、工作频率100Hz，脉冲宽度0.5s时脉冲周期2.0s、工作频率0.5Hz，脉冲宽度为1.0s时脉冲周期4.0s、工作频率0.25Hz，允差±10%。</p> <p>6.输出幅度：输出幅度0~10级可调，步进1级。最大输出峰值电压5.5V，允差±10%。</p> <p>7.最大输出电流有效值2.8mA，允差±10%。</p> <p>8.调制波形的调幅度均为100%，允差±5%。</p> <p>9.输出无直流分量。</p> <p>★10. 治疗模式：具有9种模式，分别为舒放、舒缓、舒眠三类。舒放模式有舒放一、舒放二；舒缓模式有舒缓一、舒缓二；舒眠模式有舒眠一、舒眠二、舒眠三、舒眠四、舒眠五。（提供检验报告/说明书）</p> <p>11. 脉冲群调制波形为方波。</p> <p>12. 刺激仪定时范围10min~60min可调，步进10min，允差±5%。</p> <p>13. 刺激仪连续工作时间不少于4h。</p> <p>14. 刺激仪正常工作噪声≤60dB(A)。</p> <p>15. 物理调节：外置电流调节按键</p> <p>16. 显示屏：2.4寸液晶显示屏</p> <p>17. 声音：真人语音导航</p> <p>18. 重量：160g</p> <p>19. 神经和肌肉刺激器用体表电极在400Hz频率下阻抗不超过1Ω。</p> <p>20. 神经和肌肉刺激器用体表电极具有医疗器械备案证。</p> <p>21. 内部电池：d.c.3.7V，1000mAH</p> <p>22. 输入电源：a.c.220V，50Hz±1Hz；输出d.c.5V</p> <p>23. 治疗仪已获得NMPA认证</p> <p>24. 产品具有过电流、过电压保护功能。</p> <p>25. 治疗仪通过电磁兼容、性能、安规检测。</p> <p>26. 治疗仪4种保护套颜色可选。</p> <p>27. 经颅脉冲电睡眠治疗仪通过夹在耳垂上的一对电极向大脑中枢神经传递特殊波形的微电流，促使大脑分泌一系列与情绪等相关的神经递质，改善脑电波，从而治疗或改善失眠症状。</p> <p>适用范围</p> <p>本产品利用低强度电刺激辅助治疗失眠（不用于治疗焦虑、抑郁症引起的失眠）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

## 第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照磋商文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

# 第五章 评审

## 一.评审要求

### 1.评审方法

磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

### 2.评审原则

2.1磋商小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件规定的办法进行评审。

### 3.磋商小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

(2) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或更正；

(3) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商；

(4) 对响应文件进行比较和评价；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

### 4.澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

#### 6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应磋商文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

#### 7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其补充通知规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定的其他情形。

#### 8. 成交

评审结束后，磋商小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

## 二. 落实政府采购政策

### 1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

### 2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：**【相应的价格扣除磋商】**

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

### 3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	<p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p>	20.00%	<p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p>	开标一览表 分项报价表
---	----------	---	--------	--	-------------

### 三.评审程序

#### 1.资格审查

1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

#### 1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

磋商小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

### 资格审查表

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
----	----------	---------

1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
资格要求	投标人为生产厂商的需提供产品对应的《医疗器械生产许可证》《医疗器械生产备案凭证》，投标人为代理商的只需提供产品对应的《医疗器械经营许可证》《医疗器械经营备案凭证》。

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

2.符合性审查

2.1磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2符合性审查中有任何一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

### 符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。

6	其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。
---	------	--

### 3.磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 4.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

### 5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 6.综合评分

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					封面 目录 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 中小企业声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 缴纳投标保证金证明

<p>供货方案</p>	<p>"供应商提供的供货方案进行评价,内容包含但不限于①货物的包装;②货物的运输;③货物的装卸;④货物的存放、防潮;⑤供货服务方案;内容完整,逻辑清晰,符合本项目要求得10分,以上5项中每缺少一项的扣2分,每项中内容存在缺陷或不足扣1分,缺项和未提供不得分。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。"</p>	<p>10.0000</p>	<p>主观</p>	<p>材料          本国产品成本比例声明表          关于符合本国产品标准的声明函          具有独立承担民事责任的能力证明文件          投标人业绩情况表          其他材料          联合体协议          投标人(供应商)应提交的相关证明          项目组成人员一览表          主要商务要求承诺书          依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料          技术偏离表          投标人承诺函          项目实施方案、质量保证及售后服务承诺          投标人基本情况表          具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函          法定代表人授权委托书          监狱企业证明文件          残疾人福利性单位声明函</p>
				<p>封面          目录          参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明          中小企业声明函          具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料          缴纳投标保证金证明</p>

<p>安装调试、应急维护方案</p>	<p>"根据供应商提供的安装调试、应急维护方案进行评价，内容包括但不限于以下内容：①设备调试；②技术支持及指导；③应急维护方案；④特殊情况的应急预案；内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得8分，以上4项中每缺少一项的扣2分，每项中内容存在缺陷或不足扣1分，缺项和未提供不得分。注：内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形"</p>	<p>8.0000</p>	<p>主观</p>	<p>材料          本国产品成本比例声明表          关于符合本国产品标准的声明函          具有独立承担民事责任的能力证明文件          投标人业绩情况表          其他材料          联合体协议          投标人（供应商）应提交的相关证明          项目组成人员一览表          主要商务要求承诺书          依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料          技术偏离表          投标人承诺函          项目实施方案、质量保证及售后服务承诺          投标人基本情况表          具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函          法定代表人授权委托书          监狱企业证明文件          残疾人福利性单位声明函</p>
				<p>封面          目录          参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明          中小企业声明函          具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p>

<p>售后服务方案</p>	<p>"根据本项目要求提供售后服务方案,包含①售后服务期限承诺;②质保内售后服务方案;③售后保障服务体系;④售后服务人员的配备;内容完整,逻辑清晰,符合本项目要求得8分,以上4项中每缺少一项的扣2分,每项中内容存在缺陷或不足扣1分,缺项和未提供不得分。 注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。"</p>	<p>8.0000</p>	<p>主观</p>	<p>缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 关于符合本国产品标准的声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人业绩情况表 其他材料 联合体协议 投标人(供应商)应提交的相关证明 项目组成人员一览表 主要商务要求承诺书 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 技术偏离表 投标人承诺函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
				<p>封面 目录 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 中小企业声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p>

<p>技术评审</p>	<p>质量、安全管理体系与措施</p>	<p>"根据供应商提供的质量、安全管理体系与措施进行评价，内容包括但不限于以下内容：①质量体系与措施；②安全管理体系与措施；内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得10分，以上2项中每缺少一项的扣5分，每项中内容存在缺陷或不足扣3分，缺项和未提供不得分。 注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。"</p>	<p>10.0000</p>	<p>主观</p>	<p>缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 关于符合本国产品标准的声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人业绩情况表 其他材料 联合体协议 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 主要商务要求承诺书 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 技术偏离表 投标人承诺函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
					<p>封面 目录 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 中小企业声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制</p>

<p>培训方案</p>	<p>"根据供应商提供的培训方案进行评分，包括①培训计划；②培训内容；③培训人员；④培训时间；符合本项目要求得8分，以上4项中每缺少一项的扣2分，每项中内容存在缺陷或不足扣1分，缺项和未提供不得分。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。"</p>	<p>8.0000</p>	<p>主观</p>	<p>度的相关材料          缴纳投标保证金证明材料          本国产品成本比例声明表          关于符合本国产品标准的声明函          具有独立承担民事责任的能力证明文件          投标人业绩情况表          其他材料          联合体协议          投标人（供应商）应提交的相关证明          项目组成人员一览表          主要商务要求承诺书          依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料          技术偏离表          投标人承诺函          项目实施方案、质量保证及售后服务承诺          投标人基本情况表          具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函          法定代表人授权委托书          监狱企业证明文件          残疾人福利性单位声明函</p>
				<p>封面          目录          参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明          中小企业声明函          具有良好的商业信誉和健全的财务会计制</p>

	<p>对供货期限的保证措施</p>	<p>"根据供应商提供的对供货期限的保证措施进行评分，包括①供货保障措施；②供货计划措施；③对供货期的承诺；方案内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得6分，以上3项中每缺少一项的扣2分，每项中内容存在缺陷或不足扣1分，缺项和未提供不得分。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。"</p>	<p>6.0000</p>	<p>主观</p>	<p>度的相关材料          缴纳投标保证金证明材料          本国产品成本比例声明表          关于符合本国产品标准的声明函          具有独立承担民事责任的能力证明文件          投标人业绩情况表          其他材料          联合体协议          投标人（供应商）应提交的相关证明          项目组成人员一览表          主要商务要求承诺书          依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料          技术偏离表          投标人承诺函          项目实施方案、质量保证及售后服务承诺          投标人基本情况表          具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函          法定代表人授权委托书          监狱企业证明文件          残疾人福利性单位声明函</p>
					<p>封面          目录          参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明          中小企业声明函          具有良好的商业信誉</p>

	<p>技术参数响应程度</p>	<p>根据采购文件中技术标准和要求中的参数响应情况进行打分，完全满足招标文件要求的得10分。其中每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。标★项不得负偏离。</p>	<p>10.0000</p>	<p>客观</p>	<p>和健全的财务会计制度的相关材料          缴纳投标保证金证明材料          本国产品成本比例声明表          关于符合本国产品标准的声明函          具有独立承担民事责任的能力证明文件          投标人业绩情况表          其他材料          联合体协议          投标人（供应商）应提交的相关证明          项目组成人员一览表          主要商务要求承诺书          依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料          技术偏离表          投标人承诺函          项目实施方案、质量保证及售后服务承诺          投标人基本情况表          具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函          法定代表人授权委托书          监狱企业证明文件          残疾人福利性单位声明函</p>
					<p>封面          目录          参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明          中小企业声明函          具有良好的商业信誉</p>

商务评审	类似项目业绩	<p>供应商（若经销商参与投标可提供产品制造商的业绩）提供同类项目或同类产品的销售业绩，业绩证明材料为销售合同或中标通知书，业绩年限为2023年1月1日至今，以中标通知书签发时间或合同签订时间为准，每提供一项得5分，满分10分。</p>	10.0000	客观	<p>和健全的财务会计制度的相关材料          缴纳投标保证金证明材料          本国产品成本比例声明表          关于符合本国产品标准的声明函          具有独立承担民事责任的能力证明文件          投标人业绩情况表          其他材料          联合体协议          投标人（供应商）应提交的相关证明          项目组成人员一览表          主要商务要求承诺书          依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料          技术偏离表          投标人承诺函          项目实施方案、质量保证及售后服务承诺          投标人基本情况表          具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函          法定代表人授权委托书          监狱企业证明文件          残疾人福利性单位声明函</p>
------	--------	--	---------	----	---

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例(C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	10.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2	实施本国产品标准	<p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p>	20.00%	<p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p>	开标一览表 分项报价表
---	----------	---	--------	--	----------------

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价&lt;最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>。</p>
---	--------	--

## 7.汇总、排序

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同格式及内容

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目 (填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: \_\_\_\_\_

(二) 交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

## (服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称) \_\_\_\_\_(填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一) 根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

(二) 服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一) 服务期限: \_\_\_\_\_

(二) 服务成果的交付时间和交付要求(如有): \_\_\_\_\_

(三) 服务地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四) 乙方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

(一) 乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写) \_\_\_\_\_(大写)。

### 七、付款时间及条件

(一) 付款时间: \_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

## 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

## 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

## 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

## 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

## 十四、双方约定的其他事宜

---

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。  
注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

## 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

## 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

## 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

## 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1：合同包一

#### 通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：中小企业声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：其他材料

详见附件：联合体协议

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人承诺函

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表