

## 医疗康复设备采购项目

# 公开招标文件

采购单位名称：内蒙古体育医院

采购代理机构名称：内蒙古中领投企业管理有限公司

项目编号：NMGZCS-G-H-260302

2026年06月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

内蒙古中领投企业管理有限公司 受 内蒙古体育医院 委托，采用公开招标方式组织采购 医疗康复设备采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称： 医疗康复设备采购项目

项目编号： NMGZCS-G-H-260302

采购计划备案号： 内政采计划[2026]10938

### 2.内容及划分采购包情况

采购包1： 内蒙古体育医院医疗康复设备采购项目

采购包预算金额（元）： 5,138,300.00

采购包最高限价（元）： 5,138,300.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	深层肌肉刺激仪 (DMS)	9.00	270,000.00	台	工业	否	否	否	否
2	电磁波谱治疗仪	7.00	15,400.00	台	工业	否	否	否	否
3	红外线治疗仪	18.00	54,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	便携式超声波治 疗仪	1.00	36,350.00	台	工业	否	否	否	否
5	便携式短波治疗 仪	1.00	70,000.00	台	工业	是	否	否	否
6	微波治疗仪	4.00	300,000.00	台	工业	否	否	否	否
7	肌肉电刺激仪	1.00	30,000.00	台	工业	否	否	否	否
8	超声及电刺激仪	3.00	450,000.00	台	工业	否	否	否	否
9	干扰电治疗仪	3.00	504,000.00	台	工业	是	否	否	否
10	电动高强度震动 泡沫滚轴	10.00	3,880.00	台	工业	否	否	否	否

11	医用冷敷治疗仪器	1.00	85,000.00	台	工业	否	否	否	否
12	制氧机（便捷式）	2.00	14,000.00	台	工业	否	否	否	否
13	体外冲击波治疗仪	2.00	564,800.00	台	工业	否	否	否	否
14	电针仪	14.00	13,300.00	台	工业	否	否	否	否
15	红光治疗仪	2.00	90,000.00	台	工业	否	否	否	否
16	筋膜刀	4.00	4,800.00	套	工业	否	否	否	否
17	便携冲击波治疗仪	1.00	105,000.00	台	工业	否	否	否	否
18	便携式AED	6.00	82,800.00	台	工业	否	否	否	否
19	全自动化学发光分析仪	1.00	300,000.00	台	工业	否	否	否	否
20	全自动血细胞分析仪	1.00	140,000.00	台	工业	否	否	否	否
21	脑电图机	1.00	35,000.00	台	工业	否	否	否	否
22	聚焦式冲击波治疗仪	1.00	810,000.00	台	工业	否	否	否	否
23	气动直立坠板整复床	1.00	130,000.00	台	工业	否	否	否	否
24	短波治疗仪	1.00	40,000.00	台	工业	否	否	否	否
25	木质诊疗床	8.00	24,000.00	台	工业	否	否	否	否
26	超短波治疗仪	1.00	31,520.00	台	工业	否	否	否	否
27	电动牵引床（颈腰椎）	3.00	78,750.00	台	工业	否	否	否	否
28	中频干扰电治疗仪	3.00	270,000.00	台	工业	否	否	否	否
29	超声波治疗仪（双头）	2.00	200,000.00	台	工业	否	否	否	否

30	推拿床（电动）	1.00	32,800.00	台	工业	否	否	否	否
31	温热式低周波治疗仪	2.00	90,000.00	台	工业	否	否	否	否
32	脊柱侧弯筛查仪	3.00	114,000.00	台	工业	否	否	否	否
33	全脊柱片拼接系统	1.00	56,000.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
34	医用冰箱-80度	1.00	42,900.00	台	工业	否	否	否	否
35	超声探头	1.00	50,000.00	个	工业	否	否	否	否

### 3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02329900 其他医疗设备	深层肌肉刺激仪（DMS）	深层肌肉刺激仪（DMS）
2	A02329900 其他医疗设备	电磁波谱治疗仪	电磁波谱治疗仪
3	A02329900 其他医疗设备	红外线治疗仪	红外线治疗仪
4	A02329900 其他医疗设备	便携式超声波治疗仪	便携式超声波治疗仪
5	A02329900 其他医疗设备	便携式短波治疗仪	便携式短波治疗仪
6	A02329900 其他医疗设备	微波治疗仪	微波治疗仪
7	A02329900 其他医疗设备	肌肉电刺激仪	肌肉电刺激仪
8	A02329900 其他医疗设备	超声及电刺激仪	超声及电刺激仪
9	A02329900 其他医疗设备	干扰电治疗仪	干扰电治疗仪
10	A02329900 其他医疗设备	电动高强度震动泡沫滚轴	电动高强度震动泡沫滚轴
11	A02329900 其他医疗设备	医用冷敷治疗仪器	医用冷敷治疗仪器
12	A02329900 其他医疗设备	制氧机（便捷式）	制氧机（便捷式）
13	A02329900 其他医疗设备	体外冲击波治疗仪	体外冲击波治疗仪
14	A02329900 其他医疗设备	电针仪	电针仪
15	A02329900 其他医疗设备	红光治疗仪	红光治疗仪
16	A02329900 其他医疗设备	筋膜刀	筋膜刀
17	A02329900 其他医疗设备	便携冲击波治疗仪	便携冲击波治疗仪
18	A02329900 其他医疗设备	便携式AED	便携式AED
19	A02329900 其他医疗设备	全自动化学发光分析仪	全自动化学发光分析仪
20	A02329900 其他医疗设备	全自动血细胞分析仪	全自动血细胞分析仪
21	A02329900 其他医疗设备	脑电图机	脑电图机
22	A02329900 其他医疗设备	聚焦式冲击波治疗仪	聚焦式冲击波治疗仪
23	A02329900 其他医疗设备	气动直立坠板整复床	气动直立坠板整复床
24	A02329900 其他医疗设备	短波治疗仪	短波治疗仪

25	A02329900 其他医疗设备	木质诊疗床	木质诊疗床
26	A02329900 其他医疗设备	超短波治疗仪	超短波治疗仪
27	A02329900 其他医疗设备	电动牵引床（颈腰椎）	电动牵引床（颈腰椎）
28	A02329900 其他医疗设备	中频干扰电治疗仪	中频干扰电治疗仪
29	A02329900 其他医疗设备	超声波治疗仪（双头）	超声波治疗仪（双头）
30	A02329900 其他医疗设备	推拿床（电动）	推拿床（电动）
31	A02329900 其他医疗设备	温热式低周波治疗仪	温热式低周波治疗仪
32	A02329900 其他医疗设备	脊柱侧弯筛查仪	脊柱侧弯筛查仪
33	A08060399 其他计算机软件	全脊柱片拼接系统	全脊柱片拼接系统
34	A02329900 其他医疗设备	医用冰箱-80度	医用冰箱-80度
35	A02329900 其他医疗设备	超声探头	超声探头

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：  
采购包1：内蒙古体育医院医疗康复设备采购项目
- 1、特定资格要求：投标人根据所投产品分类属于医疗器械的提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》;投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》;投标人需根据所投产品分类属于医疗器械的提供产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证，所投产品分类不属于医疗器械的提供相应证明材料。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古中领投企业管理有限公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街金茂中心4号楼D座102B室

邮编： 010010

联系人： 邱敏

联系电话： 18647388033

采购单位名称： 内蒙古体育医院

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市

邮编： 010010

联系人： 张鑫

联系电话： 0471-3123101

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照内工建协【2022】34号文件收取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。



19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

#### 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的;
  - (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;
  - (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。
- 4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

### 三.说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古体育医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古中领投企业管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

#### 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

### 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

### 五.投标文件

#### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

#### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

#### 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

#### 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

### 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

#### 1.开标

##### 1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

##### 1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

##### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

#### 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

##### 2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：内蒙古体育医院医疗康复设备采购项目

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：内蒙古体育医院医疗康复设备采购项目

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	投标人根据所投产品分类属于医疗器械的提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》;投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》;投标人需根据所投产品分类属于医疗器械的提供产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证，所投产品分类不属于医疗器械的提供相应证明材料。

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

#### 4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

#### 5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 七.询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

#### 2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

#### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在

答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量的提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。



### 第三章 招标内容与技术要求

#### 一.项目概况

根据《内蒙古自治区本级彩票公益金管理办法》第七条：“自治区本级体彩公益金主要用于支持群众体育、竞技体育、青少年体育等”明确规定的使用范围。本次采购部分为医务所在实际工作中短缺的设备。购置后可解决马术中心、球类中心、冬季中心医务所部分设备陈旧老化问题，提升医务所治疗能力和康复水平，有效降低各类伤病对运动员的影响，确保运动员能够保持良好的竞赛状态。

#### 二.主要商务要求、技术要求

##### 1.主要商务要求

采购包1：内蒙古体育医院医疗康复设备采购项目

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	签订合同后10天内
2		标的提供地点	内蒙古体育医院
3		合同履约期限	签订合同后10天内
4		合同履约地点	内蒙古体育医院
5		验收要求	符合相关行业验收标准
6		合同支付方式	1、签订合同后支付15%，达到付款条件起10日，支付合同总金额的15.00% 2、验收合格后支付剩余85%，达到付款条件起10日，支付合同总金额的85.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8		其他	质保期：3年

##### 2.技术标准与要求

采购包1：内蒙古体育医院医疗康复设备采购项目

标的名称：深层肌肉刺激仪（DMS）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、手柄采用不锈钢材质； 2、按摩头采用钛合金材质，配备≥3种按摩头； 3、具有无级变速开关，工作时振动连续输出，按摩头可伸缩； 4、频率连续可调，调节范围10Hz～60Hz，每分钟振动次数范围0～3600次； 5、材质：钛合金、不锈钢、铝合金。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁波谱治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、电源：220V、50Hz； 2、时间调节范围:0～60min； 3、波长范围:2.5μm～13.5μm； 4、≥1750颗宝塔增效治疗板； 5、治疗头使用寿命:≥2000h。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：红外线治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、电源：220V、50Hz； 2、俯仰角（度）：≥270度； 3、活动臂伸缩范围：0～600mm； 4、活动臂提升范围：0～800mm； 5、计时方式：机械按键1～99分钟连续可调(调节步进1分钟)； 6、波长范围：0.6μm～2.5μm； 7、开机即热。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便携式超声波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、功率：0～5W 可调； 2、频率：1.0MHz； 3、有效声强：脉冲波0～2.0W/cm²，连续波0～2.5W/cm²，连续可调； 4、有效辐射面积：≥5.0cm²； 5、调制波形：100%方波调制； 6、输出方式：连续波，调幅波； 7、波束类型：准直型、波束不均匀系数≤8； 8、单次治疗5～30分钟可调； 9、占空比 ≥10种，可调； ▲10、两通道输出，可适配2个治疗头，可对一个患者多部位治疗，或同时治疗两个患者； ▲11、≥10"彩色触屏操作界面。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便携式短波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、一体式固态发振和自动调谐功能； ★2、配备电感电极和电容电极； 3、输出模式四档可调； 4、脉冲频率：1025Hz～1460Hz； 5、输出功率：8W～45W； ▲6、脉冲持续时间：200μs～500μs；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 7、定时器：0～30分钟； 8、电容导子治疗面积：≥250cm²； ▲9、电感电极治疗面积：≥700cm²； 10、自动调谐时间≤5秒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：微波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、电源：220V、50Hz； 2、输出阻抗：≥50Ω； 3、输入功率：≤1000VA； ▲4、输出功率：0～180W连续可调； 5、工作时间：0～30分钟连续可调节； 6、工作频率：2400MHz±50MHz； 7、工作模式：连续模式、脉冲模式； 8、圆柱形治疗头：高106mm×直径94mm（允差±5%）； 9、矩形治疗头：340mm×140mm×60mm（允差±5%）； 10、磁控管发生器偏心输出。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肌肉电刺激仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、界面采用≥7"彩色液晶显示，中文菜单； ▲2、动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等； 3、智能控制系统； 4、输出波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波； 5、输出频率：模式一输出脉冲基波频率为500Hz；调制脉冲频率为0.5Hz～5Hz；模式二输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz； 6、输出脉冲宽度和调制波脉宽：模式一输出脉冲宽度为1ms；调制波脉宽为10ms；模式二输出脉冲宽度为10ms；允差为±20%； 7、输出强度：刺激仪各路独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每路输出电流的峰值Ip从0mA～100mA连续可调；输出值允差±30%； 8、定时时间为：5min～30min可调，允差±5%； ▲9、输出通道：四组输出。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：超声及电刺激仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、输出通道：电疗模块：≥2个通道；超声模块：≥2个通道； 2、电疗模块：具有低频电流，中频电流，干扰电和直流电等多种电流输出波形和参数变量可供医师进行选定； ▲3、电流类型≥28种，主要包括预调制电流、俄式刺激、4极干扰电、双向脉冲电流（TENS）、感应电流、间动电、直流电、高压电及微电流等类型； 4、超声工作频率：1MHz和3MHz； 5、超声工作模式：连续和脉冲； 6、超声脉冲频率：16Hz、48Hz、100Hz； 7、超声模式占空比：5%、10%、20%、33%，50%、80%； 8、超声模式有效声强：连续模式（0~2W/cm <sup>2</sup> ）、脉冲模式（0~3W/cm <sup>2</sup> ）； 9、计时器：电疗0~60min可调，超声0~30min可调；； 10、超声模式接触控制功能：当超声探头没有足够的表面接触到患者时，治疗就会中断（即接触控制），强度显示开始闪烁，并且治疗计时停止； 11、彩色TFT液晶触摸屏、中文显示； 12、存储功能：可以保存机器的设置和处方； 13、报错功能：当设备有硬件故障时，会在显示界面弹出警告信息； ▲14、内置可循证的临床处方≥60个，且治疗处方中附有人体解剖图、彩图和文字信息治疗指南； 15、超声电疗联合治疗模式； 16、输入功率：≤100VA。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：干扰电治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、设备具有声光状态显示； 2、触摸式操作面板≥10”； 3、两组独立控制六通道输出，可单路、二维、三维输出相互转换，每个通道治疗模式、强度、负压开关可分别选择； ▲4、调制波波形≥4种：正弦波、脉冲波、方波等，调制频率范围：0Hz～150Hz；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ★5、输出载波频率最大值：≥13000Hz； 6、调制幅度：1～100%； 7、差频频率范围：1～150Hz； 8、差频变化周期：15s、30s；动态节律：4s、5s； 9、定时时间：1～60min 可调； 10、治疗模式：三种治疗模式，≥15种处方； 11、具有单通道吸附电极关闭功能； 12、具备电极脱落自动报警功能； 13、具有多重防护功能：过流保护、过热保护、过压保护、开路保护。 ▲14、额定输入功率≤140VA；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供设备铭牌的高清照片（铭牌参数应完整覆盖所列技术指标）） 15、具有电极加热功能；具有抽吸力吸附功能。
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电动高强度震动泡沫滚轴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、≥4档强度，可根据自己的需求来自定义设置； 2、可连续使用≥100min； 3、长度30cm（允差±10%），可供全身放松； 4、提供关于材质未含有毒致癌物质多环芳香烃的检测报告。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：医用冷敷治疗仪器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲1、治疗水囊：共8种不同类型治疗水囊；</p> <p>2、制冷模块：半导体；</p> <p>▲3、五种治疗模式：冷敷、热敷、脉动加压治疗、脉动加压冷敷、脉动加压热敷；</p> <p>4、工作模式：计时模式、计次模式；</p> <p>5、冷敷温度设置范围：1℃～30℃，步进1℃；</p> <p>6、热敷温度设置范围：38℃～53℃，步进1℃；</p> <p>7、温度变化：从25℃起始温度降温/升温至常用的治疗冷（10℃）/热敷（40℃），时间≤3min；</p> <p>8、具有双重独立超温保护装置；</p> <p>9、加压模式：常压、脉动加压二种模式可选，加压状态的压强≤40kPa，治疗压力设置范围：20kPa～35kPa；</p> <p>10、单次工作时间1～120min，间隔时长1～60min，步进1min，误差±10%；脉动加压功能开启时，加压时长5～90s，释压时长为5～60s，步进1s，误差±10%；</p> <p>11、工作噪声：≤55dB（A）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：制氧机（便捷式）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、氧气浓度：93%±3%（1-5L）；</p> <p>2、制氧方法：变压吸附（PSA）；</p> <p>3、氧气输出：0.5～5（L/min）可调；</p> <p>4、大气压范围：86kpa～106kpa；</p> <p>5、雾化率：≥0.2ml/分钟；</p> <p>6、运行噪音：≤42dB(A)；</p> <p>7、显示控制：高清液晶触摸屏；</p> <p>8、控制距离：≥1.8米红外遥控器；</p> <p>9、电源：220V、50Hz；输入功率：≤480VA(W)。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体外冲击波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、工作环境：环境温度5℃～45℃；相对湿度10%～80%；大气压范围700hPa～1060hPa；电源AC220V±10%，50Hz±2%；输入功率≤250VA； 2、采用气压弹道技术； 3、采用真彩触摸屏； 4、台式机设计，可选配推车结合使用； 5、标配6种治疗头，规格为：6mm准直式、9mm准直式、15mm准直式、15mm发散式、20mm发散式、25mm发散式；可根据治疗部位更换治疗头，使临床治疗更灵活； 6、采用无油空压机； 7、治疗能量压力：0～4Bar可调，步长0.1Bar； ▲8、治疗频率：1～21Hz可调，步长1Hz，误差≤±5%； 9、治疗计数范围：0～9999次,步长为100，误差≤±5%； ▲10、内置人体彩色图谱，包含11个部位的多种处方，处方包括：冲击强度、冲击次数、手持压力、频率、治疗次数、间隔周期和治疗探头的选择； 11、最大能量密度为1.83mj/mm2，误差≤±20%； 12、最大穿透深度12mm，误差≤±20%； 13、子弹体质保，使用总次数为500万次。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电针仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格：六路输出的台式设备； ▲2、三种输出模式：连续模式、断续模式、疏密模式； 3、脉冲频率：0.8Hz、1.0Hz、1.5Hz、2.0Hz、5.0Hz、20.0Hz，六档可调； 4、断续波周期：≤6s； 5、疏密波周期：≤6s； 6、脉冲宽度：≤50μs； 7、治疗时间：分10、15、20、25、30min五档可调； 8、在负载阻抗250Ω、500Ω、1000Ω时的最大输出电流有效值分别为0.9mA，0.72mA，0.5mA； 9、最大输出电流有效值≤1mA； 10、各组输出强度单独可调； 11、连续工作时间：≥4小时； 12、输入功率：6VA。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：红光治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、工作条件：环境温度5℃～40℃；相对湿度≤80%；大气压范围700hPa～1060hPa；电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz； 2、台推式设计，与台车结合可以作为柜式机使用； ▲3、全触摸屏操作； 4、整机输出功率：150VA； 5、高能窄谱红光输出； 6、光源波长：640nm±20nm； ▲7、有效辐照面：单个光源的照射面积≥200cm²； 8、光功率密度：最大光功率密度可达110mW/cm²±20%； 9、光功率密度均匀性：≤±20%； 10、光功率不稳定性应：≤10%； 11、治疗时间：0min～99min，步长为1min，误差不大于设定值的±2%； ▲12、治疗模式：手动模式、自动两种治疗模式，其中自动模式下3种处方可选； 13、输出强度：5档可调。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：筋膜刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、6mm：A型鲨鱼刀、B型蝙蝠刀、C型探扫刀、S型钩子刀； 2、10mm：大M刀。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便携冲击波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、≥7”彩色液晶屏； 2、内置治疗图示； 3、可自由编辑并储存自定义处方； 4、开关具备保险装置； 5、手柄具备触发按钮，治疗中可控制手柄暂停与输出； 6、支持USB接口一键升级； 7、治疗强度1～4bar可调，步长0.1bar； 8、治疗频率1～17Hz连续可调，步长1Hz； 9、具有单次冲击模式，方便调试治疗强度及痛点定位。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便携式AED

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1	<p>1、设备重量（含电池、电极片）≤2kg；</p> <p>2、设备抗冲击跌落性能应满足＞1.5m跌落后仍能正常使用；</p> <p>3、防护等级＞IP55防护等级；</p> <p>▲4、设备操作环境需满足：工作温度-20~50℃，相对湿度0%~95%（无冷凝），大气压570~1060hPa；</p> <p>5、具备一键切换语言功能：满足不同区域和人员对语言的需求，至少包括普通话、英语、粤语；</p> <p>6、设备可实现环境温度超限警告，当环境温度超过设备使用温度时进行报警，同时屏幕预警提示，以确保设备在规范环境温度下运行；</p> <p>7、设备主机操作面板上的操作按键数量≤3个（包括实体按键和非实体按键）；</p> <p>8、可选配儿童电极片，也可使用一键切换成人/儿童模式；</p> <p>▲9、除颤技术：双相截断指数波技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；</p> <p>10、除颤能量：成人最大除颤能量200J，且首次放电未能成功除颤时，第二次除颤能量提高；</p> <p>11、除颤能量：儿童最大除颤能量70J，且首次放电未能成功除颤时，第二次除颤能量提高；</p> <p>12、启动分析到充电至首次除颤能量准备好：≤6s；</p> <p>13、具有电子起搏器脉冲抑制算法；</p> <p>14、可一键切换成人/儿童模式；</p> <p>15、释放电击：检测到患者需要放电除颤时，无需按键，自动释放电击；</p> <p>16、成人、儿童电极片有效期≥36个月；</p> <p>17、设备可自动识别电极片是成人还是儿童电极片，并自动调节除颤能量和心肺复苏指导信息；</p> <p>▲18、电极片线缆长度≥1.9m；</p> <p>19、电池最长待机寿命＞6年；</p> <p>20、设备首次低电量预警后，还可进行≥20次最大除颤能量充放电；</p> <p>21、配备≥7英寸彩色屏，提供清晰的交互式动画指导，包括仪器使用指导和心肺复苏指导；</p> <p>▲22、屏幕分辨率≥1024*600像素；</p> <p>23、配有USB接口，可用于导出数据、执行软件和配置及更新；</p> <p>24、支持日自检、周自检、月自检，并记录自检数据；</p> <p>25、可存储急救数据、自检数据和日志数据。抢救数据包括心电、阻抗、录音、位置和抢救记录等；</p> <p>26、记录数据、录音时长≥2小时；</p> <p>▲27、可记录自检数据≥10,000条，日志数据≥10,000条。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：全自动化学发光分析仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲1.检测速度：≥160测试/小时；</p> <p>▲2.第一个结果时间：首个出结果时间≤11min；</p> <p>3.检测原理：酶促化学发光；</p> <p>4.使用期限：≥8年；</p> <p>5.拓展：可多台级联；</p> <p>6.进样方式：轨道进样；</p> <p>7.样本容量：一次性加载≥50个样本；</p> <p>▲8.急诊位：≥1个独立急诊位；</p> <p>9.特色功能：支持脱帽和摇匀功能（可选配）；</p> <p>10.试剂盘：≥15个试剂位；</p> <p>11.携带污染率：携带污染率≤10<sup>-5</sup>；</p> <p>12.样本自动稀释：支持样本自动稀释；</p> <p>13.底物测试：≥2瓶底物，支持条码扫描读取底物信息；</p> <p>14.磁分离：独立圆盘磁分离盘，3阶磁分离；</p> <p>15.反应杯装载：倾倒式装载，一次性装载≥400个；</p> <p>16.反应盘：≥70个反应杯位；</p> <p>17.检测项目：七种肺癌相关抗体、血栓、心肌、炎症、贫血骨代谢、甲功、性激素、肝纤等，其中心肌、炎症等部分项目支持全血样本类型。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动血细胞分析仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、检测项目：血常规报告参数≥25项（不包括研究性参数、散点图和直方图），直方图≥3个、WBC二维散点图≥2个、WBC三维散点图≥2个；</p> <p>▲2、网织红参数≥3项，网织红细胞分布直方图≥2个，2个网织红细胞二维散点图≥2个，网织红细胞三维散点图≥2个；</p> <p>3、研究性参数：≥7项；</p> <p>▲4、支持体液类型：脑脊液、浆膜腔积液、滑膜液、腹透液，体液检测参数：≥6项；</p> <p>▲5、检测速度：≥85/h样本；</p> <p>6、测试模式：血常规五分类、网织红、体液；</p> <p>▲7、样本用量：CBC+5DIFF模式≤20ul,CBC+5DIFF+RRBC模式≤20ul，体液样本≤70ul；</p> <p>8、样本装载量：一次可支持≥50个样本装载，并具有持续装载和连续进样功能；</p> <p>9、数据储存：测试结果存储量≥70万个；</p> <p>10、精密度：WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，PLT≤5.0%，HCT≤3.0%，MCV≤1.0%；</p> <p>11、携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤1.0%，PLT≤1.0%；</p> <p>12、具备试管信息自动扫描、读取；</p> <p>13、联网功能：仪器与电脑通过LAN接口连接，USB接口≥4个；</p> <p>14、异常细胞提醒：具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞的报警信息及提示；</p> <p>15、复检提示：具备异常结果的复检提示功能，可根据测试结果和预置的复检规则对样本进行复检提示，支持用户自定义复检规则。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：脑电图机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、16导联实时采集，动态滚屏监视；</p> <p>2、数字脑电图、地形图及脑电监护三位一体；</p> <p>3、具有睁眼、闭眼、深呼吸、闪光诱发、听觉诱发、视觉诱发等多种事件的自定义及标记功能；</p> <p>4、滚屏回放功能，任意截取数据分析各频段脑地形图，可表示绝对分层地形图，相对分层地形图：直方图，波形动态地形图；</p> <p>5、具有多种地形图显示方式，快速将脑电波形图转换为脑地形图；</p> <p>6、电压测量：误差±10%，输入电流：0.01nA，内定标电压：50uv；</p> <p>7、时间间隔：1s，误差±5%；</p> <p>8、时间常数：0.1s，误差±40%；</p> <p>▲9、幅频特性1Hz～30Hz，误差+5%～-30%；</p> <p>10、功率谱频率：≤±5%，基线漂移：≤1mm；</p> <p>11、功率谱幅度：误差±10%；</p> <p>12、噪声电平≤5μV(峰-峰值)；</p> <p>▲13、共模抑制比：≥80dB，50Hz干扰抑制比：≥24dB；</p> <p>14、输入阻抗：≥1MΩ；</p> <p>15、显示比例（增益）：5uV/5mm～1000uV/5mm，共8级；</p> <p>16、摄像机水平解析度：≥550线，照度：≥0.8Lux,信号系统：PAL/NTSC；视频输出：1.0Vp-p，75Ω。</p>
---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：聚焦式冲击波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲1、冲击波源：电磁式冲击波源。非压电式、弹道式，不含压电陶瓷、压电晶体、弹道、子弹、撞击头、空压机式；</p> <p>2、冲击波治疗头直径<math>\geq 40\text{mm}</math>；</p> <p>3、设备为无水囊，无水路，无需注水排水；</p> <p>4、设备主机防护等级<math>\geq \text{IP20}</math>；</p> <p>▲5、能量场能流密度流密度：<math>0.01\text{--}0.31\text{mJ}/\text{mm}^2</math>，可随能级自适应调节；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>6、冲击波压缩声压峰值：<math>\leq 20\text{mpa}</math>，膨胀声压峰值<math>\leq 4\text{mpa}</math>；冲击波脉宽持续时间：<math>\leq 3\mu\text{s}</math>；</p> <p>7、能级：1~20能级，步进1；</p> <p>8、频率：0.5~20HZ，步进1；</p> <p>9、液晶触摸显示器操作面板<math>\geq 8"</math>，可调节旋转约<math>180^\circ</math>；</p> <p>▲10、集成式智能型治疗头手柄上设有触发键，频率与能量调节键；</p> <p>11、治疗头直方可显示各能级的总体冲击波数以及总体冲击波数；</p> <p>12、声脉冲能量有效治疗区域 E12 能量场：0.25mJ~21mJ；</p> <p>13、冲击波模式可设置相应的冲击数量、能量及治疗时间，能级与冲击波释放频率，具有动态频率和静态频率模式切换；</p> <p>14、治疗菜单能同时显示治疗参数和当前治疗冲击总数、冲击累积能量及治疗时间等关键数据；</p> <p>15、声级<math>\leq 55\text{dB (A)}</math>；</p> <p>16、设备可预设治疗时间，预设治疗时间到达后可自动停止触发；</p> <p>17、压力脉冲焦点至压力脉冲发生器端口平面距离<math>\leq 10\text{mm}</math>；</p> <p>18、设备可显示系统的软件版本、设备（功率调制器）的总体冲击波数、治疗头的总体冲击波数；</p> <p>19、设备可设置治疗总次数<math>\geq 20000</math>次冲击波；</p> <p>20、设备可设置施加能量数值<math>\geq 200,000\text{mJ}</math>；</p> <p>21、设备可设置冲击波释放时间<math>\geq 59</math>分钟。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：气动直立坠板整复床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲1、床体站立位角度可电动调节，调节范围0~85°（±5°）；</p> <p>2、床体承重：≥175kg；</p> <p>3、床体垂头仰卧位可电动调节，范围0-12°；</p> <p>4、床体靠背板角度可电动调节，调节范围0~60°（±5°）；大腿板角度可电动调节，调节范围0~20°（±5°）；</p> <p>▲5、小腿板角度可电动调节，调节范围0~75°（±5°），形成座椅位；</p> <p>6、床体可电动垂直升降，510~820mm（±50mm），便于转移及床边治疗操作；</p> <p>7、单键操作即可实现座椅姿势；</p> <p>▲8、护栏内嵌触控操作屏≥7"，具有体位控制，且可显示床体角度；</p> <p>9、床体具备电子有线手持控制器，支持多体位调节，具备一键锁定/解锁功能；</p> <p>10、床体左右两侧上护栏内嵌多功能控制面板，可进行床体多体位控制以及锁定/解锁功能；</p> <p>11、床尾板内置可电动伸缩式足部踏板，伸缩范围0~215mm（±5mm），可适应不同身高患者体位治疗使用，足部踏板≥3000N载荷；</p> <p>▲12、足部踏板具有称重功能，可显示称重数据，可称重≥180kg（±1kg）；</p> <p>13、配有≥4条魔术贴和卡扣双重安全保护带，且保护带静态承重≥500N；</p> <p>14、具有控制床体升降及角度电机数量≥6个；</p> <p>15、双重供电模式，配置蓄电池；</p> <p>16、床头两角配有输液杆安装孔位；床体两侧配有引流挂钩；床底配有≤4个脚刹医用万向轮，便于转移时解锁移动；</p> <p>17、床头两角配有防撞滚轮，保护床体碰撞损坏。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：短波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、采用电场耦合板；</p> <p>2、工作频率：27MHz±0.6%；</p> <p>3、三种治疗模式：连续输出、脉冲-疏、脉冲-密；</p> <p>4、脉冲调制频率为：70Hz或350Hz，允差15%；</p> <p>5、额定输出功率（连续波）为：200W±20%；</p> <p>6、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min五档，各档允差±10%；</p> <p>7、输出功率稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化±10%；</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：木质诊疗床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、床头配有呼吸塞和手托板； 2、承重≥100kg； 3、配备置物底板； 4、床体采用实木结构； 5、外形尺寸（L*W*H）：1900mm*690mm*650mm（±5%），床面尺寸（L*W）：1900mm*635mm（±5%），手托板尺寸（L*W*H）：175mm*100mm*35mm（±5%），底板尺寸（L*W）：880*315mm（±5%），呼吸塞（L*W*H）：178mm*103mm*55mm（±5%）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：超短波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、输出功率：200W，允许偏差±20%； 2、工作频率：27MHz，允许偏差±0.6%； 3、治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%； 4、使用电源：AC220V，50Hz； 5、工作制：连续工作≥4h； 6、使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电动牵引床（颈腰椎）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、电源电压：AC220V； 2、电源频率：50Hz； 3、环境温度：5℃～40℃； 4、大气压力：70.0KPa～106.0KPa； 5、相对湿度：≤80%； 6、腰椎牵引行程：200mm±5mm； 7、腰椎牵引力：（0～990N）±5%； 8、颈椎牵引行程：300mm±5mm； 9、颈椎牵引力：（0～300N）±5%； ▲10、牵引总时间：0～99min±30s可调； 11、牵引时间：0～9min±5%可调； ▲12、间歇时间：0～90S±5%可调； 13、成角角度：（-20°～20°）±2°可调； 14、摇摆角度：（-40°～40°）±2°可调； ▲15、对抗行程：≤100mm； 16、牵引速度：8mm/s±2mm/s。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中频干扰电治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、工作环境：环境温度5℃～40℃；相对湿度≤80%；大气压范围700hPa～1060hPa；电源 AC 220V±22V 50Hz±1Hz；</p> <p>2、全触摸屏操作；</p> <p>3、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；</p> <p>4、具有双路（二维）干扰输出、立体（三维）干扰输出两种输出模式；</p> <p>5、双通道12路吸附杯电极，12路普通电极；</p> <p>6、顶盘加热功能，加热功能可单独开启及关闭，最高温度为40℃±3℃；</p> <p>7、采用双模块控制单元，分别负责调制波形和控制硬件，使得治疗电的波形更加的准确稳定；</p> <p>8、过流、开路、短路时提示警报，保证患者使用安全；</p> <p>9、载波频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz五档可选，允差±10%；</p> <p>10、低频调制频率：0～199Hz，允差在10%或±1Hz取较大值；</p> <p>11、调制方式：间歇调制：采用间歇方波调制正弦波（载波），占空比为50%，允差±20%；连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波（载波），调幅度为0、25%、50%、75%、100%五种可选，允差±5%；</p> <p>12、差频频率：1～199Hz，差频模式：低差频模式、中差频模式、高差频模式、广差频模式、超广差频模式共五种模式；</p> <p>13、差频变化模式：自然节律：相应范围内随机变化；周期性变化；15s、30s、60s三种，允差±10%；</p> <p>▲14、干扰模式：普通干扰、三维立体、动态节律、立体动态节律、调制干扰、立体调制、对极调制、立体对极调制、程序，共9种模式可选；</p> <p>15、0秒、3秒、6秒、9秒、12秒、15秒，六种动态节律可选，允差±10%，不易产生耐受性，疗效显著；</p> <p>▲16、具有可自定义参数的程序模式，二维、三维等所有参数均可根据治疗需要调节；</p> <p>17、具有负压吸引功能，输出负压：0kPa～25kPa连续可调，最大负压值允差±10%；</p> <p>18、治疗时间：1～99分钟连续可调，步长1分钟，误差为±5%；</p> <p>19、噪声：≤60dB（A）；</p> <p>20、最大输出电流≤50mA，安全性能可靠；</p> <p>21、不同负载下的输出电流变化率≤10%。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：超声波治疗仪（双头）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		1、屏幕：≥4"彩色触摸屏； 2、输出模式：连续输出和脉冲输出； 3、脉冲频率：16Hz，48Hz和100Hz； 4、声工作频率：单头可实现双频输出（1 MHz/3 MHz）； 5、有效声强：0-2W/cm²持续，0-3W/cm²脉冲； 6、治疗时间：0-30min可调，可一键实现5min、10min、15min的治疗时间选择； 7、处方功能：≥25个标准处方； 8、存储功能：可以保存≥20个机器的设置和处方（即收藏夹）； 9、治疗信息：内设的固定处方带有治疗信息，包含文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息； ▲10、接触控制功能：当超声探头表面接触治疗部位低于几何面积的65%时治疗就会中断同时超声探头灯环亮起，治疗计时中断； 11、手持式超声治疗头：配有5cm²和0.8cm²探头（探头为防浸式）； 12、最佳接触面积控制功能：超声探头接触面积可以重新校准，对于探头轻微的碰撞，导致输出紊乱，设备可以通过软件自动修复； ▲13、脉冲模式占空比：5%、10%、20%、33%、50%、80%； 14、剂量实时显示功能：能实时显示治疗过程中剂量变化； 15、双通道输出功能：包含双通道手持式探头同时输出功能。
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：推拿床（电动）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、床面至少分为头板、背板和腿板三部分，且三部分角度能分别独立调节； 2、头板调节范围：-23°～+58°，便于治疗师调整患者头部的位置； 3、背板调节范围：-8°～+45°，便于治疗师调整患者躯干的位置； 4、大腿板调节范围：-8°～+40°；有利于治疗师对患者双侧大腿的操作； 5、床体承重≥175kg； ▲6、电机数量≥3个，床体电机负载≥8000N； 7、床面高度调节范围：580～930mm； ▲8、床面采用医用PVC皮革； 9、配有紧急开关； ▲10、采用中控式脚轮固定装置。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：温热式低周波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、工作条件：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%；电源：AC220V 50Hz；输入功率：40VA；大气压范围：700hPa～1060hPa；</p> <p>2、触摸屏设计，所有调节均可通过触控按压实现；</p> <p>▲3、一正二负三电极TENS疗法；</p> <p>4、温度调节：6档可选，分为“关”、“1”、“2”、“3”、“4”和“速暖”，根据使用的季节和室温选择；</p> <p>5、具备三大治疗模式，脉冲频率范围3～1000Hz；</p> <p>6、“治疗形式”模式：包含5种预设部位程序（肩颈部、腰、上肢、下肢和肘膝部）；</p> <p>7、“自动治疗程序”模式：包含6种预设治疗程序（上半身、下半身、腰部、全身、轻柔模式和强力模式）；</p> <p>8、“自由选择”模式：包含“拍打/推压”、“按摩”和“左右按揉”共3种治疗方案，各方案下均包含多种频率可选；</p> <p>9、脉冲宽度：120μs，允差±30%；</p> <p>10、输出电流有效值：≤40mA；</p> <p>11、脉冲幅度：≤70V峰值，允差±30%；</p> <p>12、脉冲能量：≤300mj；</p> <p>13、治疗时间：1～99分钟，允差±10%；</p> <p>▲14、具有主强度设置和输出平衡调节功能，左右负电极的输出强弱可调整。</p>
---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：脊柱侧弯筛查仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、传感器类型：高精加速度计；</p> <p>2、传感器误差率：<math>\leq 0.5^{\circ}</math>；</p> <p>3、测量角度：<math>0\sim 50^{\circ}</math>；</p> <p>4、光学镜头：13MP自动对焦；</p> <p>5、<math>\geq 8"</math>彩色显示交互屏幕；</p> <p>6、运算模型：Sennopose；</p> <p>7、内置可充式电锂电池；</p> <p>8、工作环境要求：温度<math>-20^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}</math>，湿度<math>0\%\sim 80\%</math>；</p> <p>9、支持全程无纸化；</p> <p>10、拥有前端筛查系统，拥有后台SaaS系统，支持筛查单位进行筛查人员管理，包括筛查人员的设备使用、筛查任务分配等；</p> <p>11、支持电子报告自定义，如筛查单位logo，筛查报告下方的筛查单位信息及复查联系方式等内容；</p> <p>12、支持两种模式批量录入被测者信息，分别是后台直接导入（Excel录入），进行现场有序筛查。也可以通过后台系统，生成筛查任务码，被测者扫码后通过表单录入信息后，生成筛查码，以便现场无序筛查。</p> <p>13、支持有序筛查模式，支持扫码无序筛查模式；</p> <p>14、测试胸部、腰部、胸腰部的ATR角度，自动判断风险情况；</p> <p>15、支持智能生成脊柱侧弯筛查结果的统计报告，可以基于不同单位（学校、社区）或任务，生成不同的综合统计报告，便于进行分类统计及管理；</p> <p>16、支持被测者自动获得电子报告。支持后台打印被测者纸质报告下载或打印输出；</p> <p>17、支持后台统计报告的打印输出；</p> <p>18、拍摄体态，获取标志关键点：鼻子、左肩与右肩连线中点、右肩、右肘、右腕、左肩、左肘、左腕、右髋、右膝、右踝、左髋、左膝、左踝、右眼、左眼、右耳、左耳；</p> <p>19、查询功能：可以查看过去采集的数据以及相应的评估结果；</p> <p>20、体表关键点显示：体表关键点显示：正面18个点，背面13个点，左侧面9个点，右侧面9个点，一共49个点；</p> <p>21、肌肉状态：可推测分析肌张力异常，包括肌紧张或薄弱情况；</p> <p>22、测量项目：头部前倾角度、头前移距离、圆肩角度（左、右）、骨盆前/后倾角度（左、右）、膝过伸角度（左、右）、头部侧倾角度、高低肩角度、脊柱异位程度、骨盆侧倾角度、腿型角度（左、右）；</p> <p>23、体态报告内容：体态数据及风险(正、背面)、体态数据及风险(双侧面)、肌肉状态、体态评分及风险预警、建议、风险分析。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：全脊柱片拼接系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、直接对接现有DR设备。 2、支持站卧位多体位拼接，球管角度采集适配不同患者身形。 3、拼接软件运行不影响原有设备使用。 4、可动脊柱拼接、下肢X线影像拼接，快速获取全景影像，实现对全景影像的观察和测量。 5、Windows操作系统，≥21"LED显示屏，I5图像中央处理器，≥500G硬盘。 6、可与现有pacs系统进行数据互传。
---	--	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：医用冰箱-80度

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、样式：立式。</p> <p>2、容积：≥340L。</p> <p>3、制冷方式：直冷。</p> <p>4、温度范围：-40℃~-86℃。</p> <p>5、工作条件：环境温度10~32℃，电源220V/50Hz。</p> <p>▲6、保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，≥150mm的保温材料厚度，可确保内部温度的稳定。</p> <p>7、外门：1扇。</p> <p>8、外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。</p> <p>▲9、内门：2扇，材质为304不锈钢。</p> <p>▲10、内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。</p> <p>11、搁板：3层,材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度，可调节高度。</p> <p>▲12、把手：外门1个可拆卸式大门把手；内门2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。</p> <p>13、脚轮：4个，均可做为调平脚。</p> <p>14、检测孔：1个，直径为25mm。</p> <p>15、门封条：整机共设计门封条数量为4层；材质为硅胶，可耐受-86℃环境温度。</p> <p>16、制冷剂：采用多元非共沸冷媒R4001。</p> <p>17、制冷系统：自动级联制冷技术。</p> <p>18、显示面板：采用≥7"液晶触摸屏，可直观进行操作及显示各种设备信息。</p> <p>19、屏幕常规显示信息：箱内温度、环境温度、输入电压、显示消音、设备运行模式、日期时间、屏幕状态（是否锁屏）、设备运行状态（是否正常）；</p> <p>20、异常信息显示：屏幕可显示异常信息；</p> <p>21、运行模式显示：屏幕可显示“节能模式”和“高性能模式”两种运行状态；</p> <p>22、权限管理显示：屏幕可显示“授权模式”和“普通模式”两种权限管理方式；</p> <p>23、开门信息及下载：屏幕可显示开门信息，并支持数据下载；</p> <p>24、温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，断电记忆，调节精度为0.1℃。</p> <p>25、备用电池：断电后仍可报警并记录内部温度72小时，具备电池寿命提醒功能；</p> <p>26、宽电压带适用；</p> <p>27、专为生物样本库优化的内部容积，340升容积可装载≥19200份样本（2英寸冻存盒、2ml冻存管）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：超声探头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<div>1.阵元数≥128，浅表分辨率横向≤0.3mm、纵向≤0.1mm；</div> <div>2.六段变频：6.0/7.5/8.5/10.0/12.0MHz/H10.0MHz；</div> <div>3.探测深度：20-128mm连续可调；</div> <div>4.适配主机全成像模式，无功能限制；</div> <div>5.支持梯形成像，扩展近中场扫查视野；</div> <div>6.匹配主机TGC、动态范围、焦点等全参数调节能力；</div> <div>7.支持浅表、血管类全专业测量功能；</div> <div>8.兼容主机≥4个探头接口，支持热插拔；</div> <div>9.IPX7级防水，支持浸泡消毒；</div> <div>10.线缆弯折寿命≥10000次，连续工作≥8小时。</div>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

# 第五章 评标

## 一.评标要求

### 1.评标方法

详见须知前附表

### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；



(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

### 三.评标程序

- 1.符合性审查
- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

### 符合性审查表

采购包1：内蒙古体育医院医疗康复设备采购项目

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分66.00分 商务部分4.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					封面 目录 具备履行合同所必需

				设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
技术参数满足程度	投标产品技术参数对招标文件技术参数要求的满足程度：带“★”的技术参数为实质性要求，投标人须完全响应，不允许负偏离。任一“★”条款不满足或未按要求提供证明材料的，其投标按无效处理。标有“▲”的参数为重要参数，共计56条，全部满足得27.44分，每有一项负偏离扣0.49分，扣完为止；其他参数为一般参数，共计378条，全部满足得7.56分，每有一项负偏离扣0.02分，扣完为止。 1、标有“▲”的参数为重要参数。评审时，投标人须针对每个“▲”参数提供佐证材料：若该参数后明确要求“提供检测报告等材料”，则须严格按照指定形式提交；若未明确要求，则可提供检测报告、技术白皮书、产品说明书或产品彩页等。无佐证材料或提供虚假材料的，视作该条参数负偏离。2、投标人需在技术偏离表中“备注”栏注明佐证材料所在页码及位置。	35.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需

				设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	供货方案	根据供货方案进行评审，内容包括但不限于：①供货流程及供货进度安排计划；②项目实施保障措施；内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得8分，以上2项中每缺少一项的扣4分，每项中内容存在缺陷或不足扣2分，最多扣4分。（注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点，只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	8.0000	主观
				封面 目录 具备履行合同所必需

技术评审	安装、调试方案	根据提供的安装、调试方案，内容包括但不限于：①安装调试方案；②各环节人员配备齐全且分工明确。内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得6分，以上2项中每缺少一项的扣3分，每项中内容存在缺陷或不足扣1分，最多扣3分。（注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点，只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	6.0000	主观	设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录

	培训方案	根据提供的培训方案，内容包括但不限于：①培训计划及安排；②培训内容设置（安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作等）；③培训方式及资料；内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得9分，以上3项中每缺少一项的扣3分，每项中内容存在缺陷或不足扣1分，最多扣3分。（注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点，只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	9.0000	主观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函 封面 目录



	售后服务	根据售后服务方案进行评价，内容包括但不限于：①售后服务体系及服务内容；②故障响应时间及故障处理措施；③设备维护措施；④技术支持、技术指导措施；内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得8分，以上4项中每缺少一项的扣2分，每项中内容存在缺陷或不足扣1分，最多扣2分。（注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点，只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	8.0000	主观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函 封面 目录

商务评审	企业业绩	投标人提供（2023年01月01日-至今，以签订合同日期为准）每提供一项同类或类似业绩得2分，最多得4分（需附合同页或中标通知书扫描件）	4.0000	客观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表

价格评审	价格评审	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>关于符合本国产品标准的声明函</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>本国产品成本比例声明表</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声</p>
------	------	---	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量

					保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--	--	--	--	--

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价&lt;最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同内容及格式

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目(填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: \_\_\_\_\_

(二)交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四)乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日



内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

## (服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:\_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):\_\_\_\_\_

(三)服务地点:\_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

### 七、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日



## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

采购包1：内蒙古体育医院医疗康复设备采购项目

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表