

二期扩建项目智能药浴机等医疗设备采购项目

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区国际蒙医医院

采购代理机构名称：内蒙古万威招标代理有限公司

项目编号：NMGZCS-G-H-260806

2026年09月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古万威招标代理有限公司 受 内蒙古自治区国际蒙医医院 委托，采用公开招标方式组织采购 二期扩建项目智能药浴机等医疗设备采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号
项目名称： 二期扩建项目智能药浴机等医疗设备采购项目
项目编号： NMGZCS-G-H-260806
采购计划备案号： 内政采计划[2026]33549

2.内容及划分采购包情况
采购包1： 合同包一
采购包预算金额（元）： 5,296,000.00
采购包最高限价（元）： 5,296,000.00
报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	过氧化氢低温等离子极速生物阅读器	1.000	60,000.00	台	工业	否	否	否	否
2	压力蒸汽灭菌极速生物阅读器	1.000	60,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	过氧化氢浓度监测报警器	1.000	50,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	脉动真空灭菌器	2.000	900,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	全自动清洗消毒机	1.000	420,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	清洗工作站	1.000	450,000.00	套	工业	否	否	否	否
7	多舱式清洗消毒器	1.000	1,320,000.00	台	工业	是	否	否	否

8	过氧化氢低温等离子灭菌器	1. 0 0	270,000. 00	台	工业	否	否	否	否
9	医用干燥柜	1. 0 0	130,000. 00	台	工业	否	否	否	否
10	减压沸腾清洗消毒器	1. 0 0	420,000. 00	台	工业	否	否	否	否
11	电热蒸汽发生器	5. 0 0	700,000. 00	台	工业	否	否	否	否
12	医用低温真空干燥柜	1. 0 0	180,000. 00	台	工业	否	否	否	否
13	医用封口机	1. 0 0	72,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
14	电动密闭下送车	2. 0 0	54,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
15	管腔干燥器	2. 0 0	18,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
16	医用空气消毒机	2. 0 0	27,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
17	洗眼器	1. 0 0	1,000.00	台	工业	否	否	否	否
18	升降窗	4. 0 0	72,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
19	传递窗	1. 0 0	22,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
20	器械检查打包台	2. 0 0	25,000.0 0	个	工业	否	否	否	否

21	包布检查打包台	1.00	18,000.00	个	工业	否	否	否	否
22	不锈钢器械柜	3.00	13,500.00	个	工业	否	否	否	否
23	不锈钢辅料柜	2.00	13,500.00	个	工业	否	否	否	否

采购包2：合同包二

采购包预算金额（元）：6,585,000.00

采购包最高限价（元）：6,585,000.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	智能药浴机（含管理工作站）	40.00	5,000,000.00	套	工业	是	否	否	否
2	智能熬药系统（含管道）	7.00	1,050,000.00	套	工业	否	否	否	否
3	电加热蒸汽发生器（含管道）	6.00	420,000.00	套	工业	否	否	否	否
4	反渗透净水设备	1.00	25,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	沙疗床	2.00	30,000.00	张	工业	否	否	否	否
6	多功能艾灸器	2.00	60,000.00	台	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02322900 医用低温、冷冻设备	过氧化氢低温等离子极速生物阅读器	过氧化氢低温等离子极速生物阅读器
2	A02322900 医用低温、冷冻设备	压力蒸汽灭菌极速生物阅读器	压力蒸汽灭菌极速生物阅读器
3	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	过氧化氢浓度监测报警器	过氧化氢浓度监测报警器
4	A02322900 医用低温、冷冻设备	脉动真空灭菌器	脉动真空灭菌器

5	A02322900 医用低温、冷疗设备	全自动清洗消毒机	全自动清洗消毒机
6	A02322900 医用低温、冷疗设备	清洗工作站	清洗工作站
7	A02322900 医用低温、冷疗设备	多舱式清洗消毒器	多舱式清洗消毒器
8	A02322900 医用低温、冷疗设备	过氧化氢低温等离子灭菌器	过氧化氢低温等离子灭菌器
9	A02322900 医用低温、冷疗设备	医用干燥柜	医用干燥柜
10	A02322900 医用低温、冷疗设备	减压沸腾清洗消毒器	减压沸腾清洗消毒器
11	A02321900 临床检验设备	电热蒸汽发生器	电热蒸汽发生器
12	A02322900 医用低温、冷疗设备	医用低温真空干燥柜	医用低温真空干燥柜
13	A02322900 医用低温、冷疗设备	医用封口机	医用封口机
14	A02322900 医用低温、冷疗设备	电动密闭下送车	电动密闭下送车
15	A02322900 医用低温、冷疗设备	管腔干燥器	管腔干燥器
16	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	医用空气消毒机	医用空气消毒机
17	A02320400 医用光学仪器	洗眼器	洗眼器
18	A02322900 医用低温、冷疗设备	升降窗	升降窗
19	A02322900 医用低温、冷疗设备	传递窗	传递窗
20	A02322900 医用低温、冷疗设备	器械检查打包台	器械检查打包台
21	A02322900 医用低温、冷疗设备	包布检查打包台	包布检查打包台
22	A02322900 医用低温、冷疗设备	不锈钢器械柜	不锈钢器械柜
23	A02322900 医用低温、冷疗设备	不锈钢辅料柜	不锈钢辅料柜

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
----	--------	------	------

1	A02329900 其他医疗设备	智能药浴机（含管理工作站）	智能药浴机（含管理工作站）
2	A02329900 其他医疗设备	智能熬药系统（含管道）	智能熬药系统（含管道）
3	A02329900 其他医疗设备	电加热蒸汽发生器（含管道）	电加热蒸汽发生器（含管道）
4	A02320900 中医器械设备	反渗透净水设备	反渗透净水设备
5	A02320900 中医器械设备	沙疗床	沙疗床
6	A02320900 中医器械设备	多功能艾灸器	多功能艾灸器

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

1、特定资格条件：（1）供应商为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。（2）本包脉动真空灭菌器、全自动清洗消毒机、清洗工作站、多舱式清洗消毒器、过氧化氢低温等离子灭菌器、减压沸腾清洗消毒器需根据分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或相应的医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）外，其他设备不需提供。（3）本包脉动真空灭菌器、电热蒸汽发生器两类设备生产厂家须具有特种设备生产许可证，许可项目包含压力容器制造（含安装、改造、维修），或承压类特种设备安装、修理、改造。

采购包2：合同包二

1、特定资格条件：（1）供应商为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。（2）本包除多功能艾灸器需根据分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或相应的医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）外，其他设备不需提供。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古万威招标代理有限公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 乌兰察布东街中星花园二期1号楼11层11015号

邮编： 010010

联系人： 玄志伟

联系电话： 0471-5203451

采购单位名称： 内蒙古自治区国际蒙医医院

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街83号

邮编： 010010

联系人： 苏继伟

联系电话： 0471-5182040

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 2 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：1.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。以每个中标通知书的中标金额为计费基数。 2.中标金额500（含500）万元，按1.2%计取；超出500万元部分，在500-1000(含1000)万元，按0.6%计取；超出1000万元部分，1000-5000(含5000)，按0.4%计取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。 采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名
21	中标候选人数量	采购包1：3名 采购包2：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投2包，本项目可兼中2包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	特别提示一，本项目为远程开标，供应商需开标时远程解锁、确认。各供应商必须保证电脑可正常登陆、解密及签章。本项目设置解密、签章、确认时间均为30分钟，如供应商在规定时间内无法解密或签章、确认等，造成废标的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。特别提示二，供应商中标后，须于中标结果公告后提供与电子投标文件内容完全致的纸质投标文件2份（用于备案存档）。纸质投标文件要求由投标文件制作工具直接打印（内容必须完整）、装订后并加盖单位公章，如与电子版投标文件内容不一致所引起一切法律责任及不良后果，由供应商自行承担，并记入诚信档案。纸质投标文件中所有要求盖章、签字的地方都按"招标文件"中"签字、盖章要求"执行。打印注意事项：纸质投标文件要以胶装形式牢固装订。按招标文件中投标文件格式"的顺序装订成册，牢固装订是指装订好的投标文件不至于在翻阅时散开或用简单的方式将其中一项取出或将其他文件插入各种活页装订打孔式塑料方便式书脊插入装订的不认为是牢固装订。特别提示三，由于本项目采用电子系统招标，招标文件为系统模板，根据具体项目的情况无法准确描述，部分内容只可填空，不可更改。所以招标文件中有不适用之处，敬请谅解。如有问题，请及时联系招标代理机构。特别提示四，由于招标文件中《合同与验收》为固定模板，无法修改。具体签订合同以采购人提供为准。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400

-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- （2）CA证书无法解密投标文件的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）CA证书无法解密投标文件的；
- （2）投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相

关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区国际蒙医医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古万威招标代理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明或声明函。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其银行出具的近一年内的银行资信证明或声明函。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的良好缴纳税收的相关凭证或声明函。(凭 证以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准) 2.提供递交投标文件截止之日前一年内至 少一个月缴纳社会保险的凭证或声明函。(凭证以专用收据或社会保险缴纳清单为准) 注：其 他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社 会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”书面声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人出具的“参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录” 的书面声明 函。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：合同包二

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明或声明函。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其银行出具的近一年内的银行资信证明或声明函。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的良好缴纳税收的相关凭证或声明函。(凭 证以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准) 2.提供递交投标文件截止之日前一年内至 少一个月缴纳社会保险的凭证或声明函。(凭证以专用收据或社会保险缴纳清单为准) 注：其 他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社 会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”书面声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人出具的“参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录” 的书面声明 函。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格条件	（1）供应商为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。（2）本包脉动真空灭菌器、全自动清洗消毒机、清洗工作站、多舱式清洗消毒器、过氧化氢低温等离子灭菌器、减压沸腾清洗消毒器需根据分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或相应的医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）外，其他设备不需提供。（3）本包脉动真空灭菌器、电热蒸汽发生器两类设备生产厂家须具有特种设备生产许可证，许可项目包含压力容器制造（含安装、改造、维修），或承压类特种设备安装、修理、改造。

采购包2：合同包二

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格条件	（1）供应商为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。（2）本包除多功能艾灸器需根据分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或相应的医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）外，其他设备不需提供。

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

(三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

(四) 事实依据；

(五) 法律依据；

(六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

本项目为医院二期改扩建工程配套医疗设备采购项目，是医院整体提质扩容、完善诊疗体系、补齐专科设备短板的重点民生基建配套工程。项目依托二期新建门诊、住院、医技辅助业务用房建设，针对现有医疗设备老旧、配置不足、专科诊疗能力受限、设备与新业务场地不匹配等问题，进行系统性、标准化设备更新与新增配置。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后15天内
2		标的提供地点	内蒙古自治区际蒙医医院
3		合同履约期限	合同成立时效之日起至合同双方履行完毕约定的义务止
4		合同履约地点	内蒙古自治区国际蒙医医院
5		验收要求	符合国家、行业标准及采购人要求
6		合同支付方式	1、 、合同签订之日起5个工作日内，中标供应商向医院缴纳合同金额10%的履约保证金，验收合格且正常投入使用后一次性无息退还履约保证金。若中标供应商不能按期交货并安装、验收完毕，采购人将不退还履约保证金。采购人在收到履约保证金，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.0% 2、 付款前应由中标供应商开具发票，采购人收到中标供应商发票查验无误后履行付款手续，如因中标供应商原因无法提供发票，采购人有权延迟付款，不承担任何责任;但中标供应商应继续履行交货义务。设备安装调试正常，完成使用培训，且最终验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.0 %
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：10 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：合同签订之日起5个工作日内，中标供应商向医院缴纳合同金额10 %的履约保证金，验收合格且正常投入使用后一次性无息退还履约保证金。
8		其他	验收要求：产品全部运送至采购人指定地点并经外观验收后，由中标供应商负责组织正式测试和验收工作，采购人予以配合。双方按照国家质量验收标准，中标供应商必须在验收现场提供技术支持。验收结果经甲乙双方上确认后，签字盖章作为合同的组成部分，同时也作为付款时的必备条件。

9		其他	1.质保期:详见"技术参数与性能指标"要求;(质保期起始日期按设备最终验收合格投入使用之日起算,以医院验收单日期为准) 2.签订合同前,需提供质保证明或购买质保的合同。 3.交付设备的生产日期与到货验收日期间隔不超过六个月;设备使用年限符合国家及相关行业标准;所供货物为原厂原装合格产品,满足国家技术与质量标准。 4.所购设备(含第三方设备)与医院相关信息系统对接时,中标供应商承担提供相关服务、配件及相关费用。(包括但不限于主机及附属设备接入医院PACS、HIS、LIS、数字电生理等信息系统) 5.需提供新设备操作使用及日常维护培训服务,确保临床使用人员熟练掌握。 6.安装验收合格后,货物废弃包装由乙方负责清理。 7、本项目所采设备如属于特种设备的,需供应商办理特种设备使用登记证。
10	★	其他	质保期、配置要求须满足“技术参数与性能指标”要求,单独提供“配置要求与质保期承诺书”格式件附件。

采购包2：合同包二

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后15天内
2		标的提供地点	内蒙古自治区国际蒙医医院
3		合同履约期限	合同成立时效之日起至合同双方履行完毕约定的义务止
4		合同履约地点	内蒙古自治区国际蒙医医院
5		验收要求	符合国家、行业标准及采购人要求
6		合同支付方式	1、合同签订之日起5个工作日内,中标供应商向医院缴纳合同金额10%的履约保证金,验收合格且正常投入使用后一次性无息退还履约保证金。若中标供应商不能按期交货并安装、验收完毕,采购人将不退还履约保证金。采购人在收到履约保证金,达到付款条件起30日内,支付合同总金额的60.0% 2、付款前应由中标供应商开具发票,采购人收到中标供应商发票查验无误后履行付款手续,如因中标供应商原因无法提供发票,采购人有权延迟付款,不承担任何责任;但中标供应商应继续履行交货义务。设备安装调试正常,完成使用培训,且最终验收合格后,达到付款条件起30日内,支付合同总金额的40.0%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金:缴纳 缴纳比例%: 10 缴纳方式: 银行转账, 支票/汇票/本票, 保函/保险 缴纳说明: 合同签订之日起5个工作日内,中标供应商向医院缴纳合同金额10%的履约保证金,验收合格且正常投入使用后一次性无息退还履约保证金。
8		其他	验收要求: 产品全部运送至采购人指定地点并经外观验收后,由中标供应商负责组织正式测试和验收工作,采购人予以配合。双方按照国家质量验收标准,中标供应商必须在验收现场提供技术支持。验收结果经甲乙双方确认后,签字盖章作为合同的组成部分,同时也作为付款时的必备条件。

9		其他	1.质保期:详见"技术参数与性能指标"要求;(质保期起始日期按设备最终验收合格投入使用之日起算，以医院验收单日期为准) 2.签订合同前，需提供质保证明或购买质保的合同。 3.交付设备的生产日期与到货验收日期间隔不超过六个月;设备使用年限符合国家及相关行业标准;所供货物为原厂原装合格产品，满足国家技术与质量标准。 4.所购设备(含第三方设备)与医院相关信息系统对接时，中标供应商承担提供相关服务、配件及相关费用。(包括但不限于主机及附属设备接入医院PAC5、HIS、LIS、数字电生理等信息系统) 5.需提供新设备操作使用及日常维护培训服务，确保临床使用人员熟练掌握。 6.安装验收合格后，货物废弃包装由乙方负责清理。 7、本项目所采设备如属于特种设备的，需供应商办理特种设备使用登记证。 8、供应商需负责设备运输、管路布线、安装调试，完成包内智能药浴机（含管理工作站）、智能煎药系统（含管道）、电加热蒸汽发生器（含管道）、反渗透净水设备等相关设备的对接联调，满足医院使用要求；
10	★	其他	质保期、配置要求须满足“技术参数与性能指标”要求，单独提供“配置要求与质保期承诺书”格式件附件。

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：过氧化氢低温等离子极速生物阅读器

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
1		配置要求	1.极速生物阅读器、电源适配器，配有遮光、防尘罩 2.连接医院信息追溯系统，包含接口对接所有费用 3. 质保期：3年
		技术参数	1.培养时间≤1小时 2.培养孔≥10个 3.自动保存培养结果，记录≥1000条结果 4.具有数据记忆功能，具有声光自动报警功能 5.数码显示操作面板
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：压力蒸汽灭菌极速生物阅读器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		配置要求	1.极速生物阅读器、电源适配器 2.配有遮光、防尘罩 3.连接医院信息追溯系统，包含接口对接所有费用 4.质保期：3年
		技术参数	1.培养时间≤1小时 2.培养孔≥10个 3.自动保存培养结果，记录≥1000条结果 4、具有数据记忆功能，具有声光自动报警功能 5、数码显示操作面板
		打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：过氧化氢浓度监测报警器

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
1		配置要求	远程控制主机+过氧化氢监测仪 质保期：3年
		技术参数	1.监测仪、远程控制器均为触摸显示屏 2.监测仪、远程控制器无线连接 3.壁挂式，现场声光报警，气体浓度超标及时报警 4.具有工作及报警记录功能 5.具有自检功能，故障自动报警提示
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：脉动真空灭菌器

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
		配置要求	1. 连接医院信息追溯系统，包含接口对接所有费用 2. 主机1台，消毒车1辆，搬运车2辆 3. 质保期：3年
			1.★容积：≥1200L 2.▲材质：内室材质为316Ti不锈钢，其中内壳厚度≥6mm，提供佐证材料。 3.设计压力：-0.1～0.3Mpa 4.设计温度:≥141℃ 5.使用寿命：≥15年/30000次灭菌循环

1

技术参数

- 6.夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥5个。
- 7.主体保温：厚度≥60mm
- 8.门数量：双门
- 9.▲门板材质：门板厚度≥10mm，材质为316L不锈钢，加强筋不锈钢。
- 10.结构：门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3个
- 11.★门动力方式：左右平移，全过程自动完成。
- 12.安全连锁：具备压力安全连锁装置：
- 13.门胶圈：圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。
- 14.管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接
- 15.蒸汽源：工业蒸汽与外接独立蒸汽发生器
- 16.降噪系统：节水降噪装置
- 17.水回收装置：带有水回收装置
- 18.换热装置：板式换热器
- 19.触摸屏幕尺寸：≥10吋
- 20.▲屏幕支持电子记录存储、可连接追溯：历史锅次数据记录及相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看，可进行历史锅次重复打印和pdf数据导出，可通过触摸屏连接追溯系统；
- 21.记录方式：内置热敏打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来；
- 22.▲记录内容灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置热敏打印机进行打印；配置电脑监控软件，将数据保存在监控电脑上；
- 23.报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在热敏打印纸上打印；
- 24.程序种类：灭菌类程序：≥25套；测试类程序≥：4套；辅助类程序：≥2套；
- 25.程序运行时间标准循环:≤55分钟。
- 26.脉动次数：标准循环：≥3次负压脉动脉动次数设定范围：0~99次。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：全自动清洗消毒机

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		1.有效容积：≥520L 2.材质：舱体：厚≥1.5mm，316L不锈钢镜面板。 3.对接口：具备清洗架注水口。 4.舱体保温：橡塑海绵厚≥12mm。 5.▲具有清洗架自动识别：不同运行状态显示不同颜色。 6.通道类型：自动上开门，双门通道型、双门可实现互锁。 7.压紧方式：采用自身重力主动压紧方式。 8.门厚度：≥22mm 9.干燥系统：双风机供风，噪音≤65dB。 10.循环泵：不锈钢泵体叶轮，流量≥1100L/分钟。 11.阀门：气动阀。 12.空气过滤器：初效过滤和高效过滤双级空气过滤，高效过滤等级H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.5 um； 13.▲具有变频清洗功能 14.可拆卸喷射臂 15.▲具备清洗水压自动监测功能， 16.▲具有电导率监测功能。 17.▲具有化学助剂流量监测功能 18.界面显示：≥8吋彩色触摸屏，前后双触摸屏。 19.流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制。 20.管理权限：根据不同操作人员设置多级保护权限，实现分级管理。 21.记录方式：可自动打印过程曲线或报表、并记录A0值； 22.程序名称：≥10套预置程序，≥15套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。 23.消毒方式：具备湿热消毒和化学消毒双重消毒功能。 24.水耗量≤25L/步 25.装载量：≥18个标准器械托盘（480*250*50） 26.▲加热方式：可同时实现汽加热和电加热功能。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致废标		27.清洗架清洗托盘可以从前后左右四个方向方便取出。
标的名称：清洗工作站		28.使用寿命：≥10年
序号	参数性质	技术参数与性能指标

配置要求	1.由初洗槽、超声槽、酶洗槽、末洗槽、煮沸槽、干燥台等组成 2.包含蒸汽清洗、超声清洗、喷枪清洗、煮沸清洗多种清洗方式 3.另配2个清洗工作台、1个污物接收台 4.质保期：3年
------	--

		技术参数	1.★功能要求：应包含蒸汽清洗、超声清洗、喷枪清洗、煮沸清洗四种清洗方式 2.水槽：槽体材质为316L不锈钢材质。具有水龙头、可视防护罩。 3具备可视防护罩，设置在流水清洗槽上部，在采用喷枪清洗及流水清洗时避免气溶胶扩散至其它区域；可视防护罩可根据需要调解上下高度； 4.吸气装置：具备负压吸气装置，在清洗槽范围内产生的气溶胶可通过吸气装置排除，避免扩散到房间内； 5.器械清洗喷枪：配置2套喷枪分别用于清洗与压缩气冲洗；流水清洗装置：配置抽取式淋浴头进行器械流水清洗，淋浴头可在一定范围内自由移动； 6.蒸汽清洗功能：配置蒸汽清洗机； 7.超声功率：≥2000w 8.加热方式：电加热 9.▲水槽内尺寸≥宽600mm *长500mm *高300mm 10.水槽材质：316L不锈钢材质 11.酶洗槽：槽体材质为316L不锈钢材质。具有水龙头； 12.末洗槽：槽体材质为316L不锈钢材质，具备流水清洗功能，具备气枪以对管腔类器械进行处理 13.材质说明：台面及背板采用SUS304不锈钢，槽体采用316L不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm。 14.控制系统：一体式。 15.不锈钢水龙头：SUS304不锈钢材质水龙头,陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，流量≥0.2L/s, 16.不锈钢落水器：SUS304不锈钢落水器，. 清洗工作台： 1.用于供应室污染器械、物品的分类拆装，符合院感管理要求 2.整体不锈钢材质； 3.外形尺寸：≥1700×1000×800mm 污物接收台：	
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效			1.用于供应室污染器械、物品的接收清点，整体不锈钢材质；	
标的名称：多舱式清洗消毒器			2.外形尺寸：≥1000×500×800mm	
序号	参数性质	技术参数与性能指标		

配置要求	1.连接医院信息追溯系统，包含接口对接所有费用 2.主机 1台、4层器械清洗架 2个;搬运车 2个, 碗盘清洗架1个、醉/呼吸管道清洗架1个，标准器械托盘24个，自动装卸载单元2个 3.质保期：3年
技术参数	1.单舱容积：$\geq 520\text{L}$ 2.▲材质：厚$\geq 1.5\text{mm}$，316L不锈钢 3.▲舱体功能：三个舱体组合，实现规范要求清洗功能，也可每个舱体单独运行，具体舱体功能可根据用户需求特制。 4.清洗架：为316L不锈钢 5.舱体保温：橡塑海绵厚$\geq 12\text{mm}$ 6.对接口：洗架注水口 7.门通道：双门通道型、双门可实现互锁 8.开门方式：自动上开门 9.门板材质：为62/0Cr18Ni9/拉丝板 10.门密封方式：导向自主密封结构，无需压缩气。 11.门玻璃：采用镀膜防爆钢化玻璃,厚度22mm 12.具备门障碍控制功能 13.维修门：舱体一侧和外罩板上都设有玻璃观察维修窗，门玻璃为钢化中空玻璃，厚度$\geq 22\text{mm}$ 14.双水箱 15.干燥系统：双风机供风，双级加热系统，噪音$\leq 65\text{dB}$。 16.计量泵：≥ 3个（加清洗液泵 1个；加上海液泵 1个，备用1个） 17.▲循环泵：不锈钢泵体，流量$\geq 1100\text{L/分钟}$ 18.阀门：气动阀 19.空气过滤器过滤精度$\leq 0.3\text{ }\mu\text{m}$，过滤等级H13级（99.99%） 20.界面显示：≥ 12英寸彩色触摸屏，前后双屏 21.程序名称：≥ 10套预置程序，≥ 20套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。 22.流程控制：预洗、清洗、漂洗一、双频超声、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制。 23.运行时间：连续运行时≥ 12分钟/批次 24.每步用水量为$\leq 28\text{L}$ 25.装载量：≥ 18个标准器械托盘 26.舱体外形宽度：$\leq 1200\text{mm}$ 27.加热方式：蒸汽加热

			28.耗水量：纯水≤ 120L/架次 29.耗汽量：饱和蒸汽≥10Kg/架次 30.使用寿命：≥10年 31. ▲可清洗现阶段所有手术机器人配套器械
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：过氧化氢低温等离子灭菌器

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
1		配置要求	1. 连接医院信息追溯系统，包含接口对接所有费用 2. 主机1台，灭菌篮筐2个，泵油2桶。 3. 质保期：3年
		技术参数	1. 总容积：≥135L 2. 腔体结构及材质：腔体结构为矩形，腔体材质采用航空铝材，厚度≥8mm， 3. 材质：采用铝合金，厚度≥20mm 4. 门开启方式：触摸屏开启方式和脚踢开启方式 5. 管路材质：采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接 6. 过氧化氢加注方式：采用卡匣式加注 7. 过氧化氢卡匣：卡匣胶囊式，每个卡匣12个胶囊，H₂O₂用量误差<1%，PH<2.6，54℃放置14d含量下降率<1.22% 8. 胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数 9. ▲胶囊灌装量：≥5ml；误差<1% 10. 过氧化氢提纯功能：具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于99.5% 11. 过氧化氢过滤器：产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度均为未检出（<0.8mg/m³）。 12. 等离子电源：采用晶体管控制电源，功率≥500W，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H₂O₂残留量为小于0.068mg/kg·H₂O（<0.1μg/cm²），不锈钢中残留量为0.068mg/kg·H₂O（<0.43μg/cm²）。 13. ▲具有湿度检测功能 14. 显示屏：采用≥5英寸彩色触摸屏 15. 打印机：用微型热敏打印机，打印记录保存≥5年

			16. 显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等， 17. 打印记录内容：存储≥30000锅次， 18. 数据存储功能：能够将所存储的数据通过U盘导出PDF格式报表， 19. 程序设置：根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序 20. ▲软镜循环：具有软式内镜专用灭菌程序，能对内径≤1mm长度≥1200mm管腔的软式内镜灭菌，并提供检测机构出具的检测报告 21. 程序运行时间：循环≤55分钟；软镜循环≤45分钟；快速循环≤32分钟 22. 卡匣信息检测系统：可识别卡匣生产批次、日期、类型和防伪信息 23. 具有倒计时显示功能 24. 灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径≤1mm，长度≥2000mm；不锈钢管腔直径1mm，长度500mm；提供有效期内灭菌效果检测报告 25. 使用寿命：≥10年
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：医用干燥柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<table><tr><td>配置要求</td><td> 1. 主机1台，积水盒1个，导管架1个，湿化瓶架1个 2. 质保期：3年 </td></tr><tr><td>技术参数</td><td> 1. 材质要求：外罩、柜体采用SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm。 2. 舱体高度≥1600mm。 3. 密封门材质：门板为SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm。 4. ▲门密封：采用电磁锁。 5. 双门互锁功能：双扉干燥柜带有双门互锁功能，非电插锁。 6. ▲除湿系统：具有除湿程序及功能 7. 控制系统：具有多个RS485/232接口。 8. 触摸屏:采用≥7英寸 9. 待机冷却功能 10. 导管干燥架：采用抽拉式医用导管干燥架，通过管架的弹性胶板特有的开口结构，与管子扣合后通过胶板的弹性作用把管子夹在管架上，适合装夹不同口径（φ6～φ30mm）的导管。 11. 湿化瓶干燥架：适合内径为9mm～42mm的瓶类物品使用。将需要烘干的瓶类物品倒挂在U形中空弯管上，热风直接吹入需要干燥的瓶类物品内 </td></tr></table>	配置要求	1. 主机1台，积水盒1个，导管架1个，湿化瓶架1个 2. 质保期：3年	技术参数	1. 材质要求：外罩、柜体采用SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm。 2. 舱体高度≥1600mm。 3. 密封门材质：门板为SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm。 4. ▲门密封：采用电磁锁。 5. 双门互锁功能：双扉干燥柜带有双门互锁功能，非电插锁。 6. ▲除湿系统：具有除湿程序及功能 7. 控制系统：具有多个RS485/232接口。 8. 触摸屏:采用≥7英寸 9. 待机冷却功能 10. 导管干燥架：采用抽拉式医用导管干燥架，通过管架的弹性胶板特有的开口结构，与管子扣合后通过胶板的弹性作用把管子夹在管架上，适合装夹不同口径（φ6～φ30mm）的导管。 11. 湿化瓶干燥架：适合内径为9mm～42mm的瓶类物品使用。将需要烘干的瓶类物品倒挂在U形中空弯管上，热风直接吹入需要干燥的瓶类物品内
		配置要求	1. 主机1台，积水盒1个，导管架1个，湿化瓶架1个 2. 质保期：3年			
技术参数	1. 材质要求：外罩、柜体采用SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm。 2. 舱体高度≥1600mm。 3. 密封门材质：门板为SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm。 4. ▲门密封：采用电磁锁。 5. 双门互锁功能：双扉干燥柜带有双门互锁功能，非电插锁。 6. ▲除湿系统：具有除湿程序及功能 7. 控制系统：具有多个RS485/232接口。 8. 触摸屏:采用≥7英寸 9. 待机冷却功能 10. 导管干燥架：采用抽拉式医用导管干燥架，通过管架的弹性胶板特有的开口结构，与管子扣合后通过胶板的弹性作用把管子夹在管架上，适合装夹不同口径（φ6～φ30mm）的导管。 11. 湿化瓶干燥架：适合内径为9mm～42mm的瓶类物品使用。将需要烘干的瓶类物品倒挂在U形中空弯管上，热风直接吹入需要干燥的瓶类物品内					
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。						

标的名称：减压沸腾清洗消毒器

序号	参数性质	技术参数与性能指标

配置要求	1、连接医院信息追溯系统，包含接口对接所有费用 2、主机1台，器械托盘和微创器械托盘共8个 3、质保期：3年
技术参数	1.有效容积：≥150L 2.主体结构：夹套设计 3.材质：316L不锈钢 4.使用寿命：≥10年 5.主体保温：保温层厚≥12mm 6.★单门，槽式结构 7.门材质：铝合金+玻璃 8.动力方式：自动翻盖门，带门障碍开关。 9.安全连锁：内室有正压或负压压力，门无法打开。 10.▲开门方式：自动开门 11.玻璃视窗：有玻璃视窗 12.管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接。 13.加热方式：蒸汽加热 14.屏：≥5英寸彩色触摸屏 15.记录方式：设备打印机记录：设备内置打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来。支持曲线打印，记录A0值等关键信息； 16.记录内容：过程参数：清洗消毒过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置打印机进行打印； 17.报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。 18.数据保存：设备打印机记录：设备内置打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来。支持曲线打印，记录A0值等关键信息； 19.打印机记录：配电脑监控软件，将程序运行数据保存，并通过外置打印机随时打印记录； 20.内置微型打印机，使用长效打印纸，在适宜的环境下可保存≥10年； 21.设备存储：运行数据自动存储在设备上，可存储数据量为≥30000次程序循环； 22.▲电脑存储：通过电脑监控软件，将程序运行的电子数据保存、重复打印、随时查看。 23.权限管理：用户分级权限管理：完善的用户管理系统，五级权限管理，安全可靠。需提供触摸屏程序登陆界面照片或截图 24.程序种类及数量：≥10套预置程序，≥20套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。 25.程序运行时间：≤65分钟 26.工作原理：脉动真空清洗，真空超声清洗，煮沸消毒，真空干燥，热风干燥

		27清洗方式：真空超声清洗+脉动真空清洗 28脉动次数设定范围：0～99次。 29消毒程序：A0值≥3000水平 30具有液位可调功能 31.▲超声波功率可调。 32.物品装载方式：置于托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，清洗管腔器
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电热蒸汽发生器	33.清洗效果检测报告：提供符合标准《YY/T 0734-清洗消毒器》的清洗效果检测报告
--------------	--

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
1		配置要求	1、质保期：3年
		技术参数	1.▲容积：≥45L，设备产气量≥160kg/小时 2.管路材质：304无缝钢管，加热管数量≥4根，设计压力≥0.7Mpa，设计温度≥170℃，使用寿命≥8年。 3.主体保温材质：玻璃丝≥15mm。 4.液晶显示屏：≥3英寸 5.具备压力控制器 6.具有加热保护功能 7.双重超压自动保护 8.过电流保护功能 9.自动排污功能 10.手动排污功能。 11.压力表：量程：0～1.6MPa 精度等级：≥1.6级 12.注水系统：配备独立注水泵。 13.设备宽度：≤850mm 14.设备电源：AC380V，50Hz 15.★设备功率：≥120kW，额定蒸发量：≥160Kg/h 16.▲蒸汽质量:符合医院消毒供应中心管理规范WS 310.1-2016，附录B，压力蒸汽灭菌器蒸汽供给水与蒸汽冷凝物质量指标，并提供检测报告。 17.▲设备及管道的保温材料需出具阻燃测试报告
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：医用低温真空干燥柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		配置要求	1. 主机1台，干燥托盘2个 2. 连接医院信息追溯系统，包含接口对接所有费用 3. 质保期：3年
		技术参数	1. ★有效容积：≥100L 2. 材质要求：舱体采用优质铝合金防锈板拼接成型。 3. 舱体结构：方形舱体，上下双舱体，分开独立运行，单舱一次可装载2个器械托盘，舱体深度≥700mm。 4. 保温材料：采用粘胶纤维保温层，厚度≥10mm。 5. 门胶条：门胶条采用白色医用硅橡胶模压而成。 6. 门密封：采用钢化玻璃密封，带有高透玻璃视窗。 7. 门锁装置：自动门锁，自动检测门关位。关门后显示屏显示门已关到位。 8. 控制阀：抽空阀采用电动执行器控制。 9. 具备过热保护功能。 10. 过滤器：过滤精度≥0.3μm。 11. 控制器：采用PLC控制器，具有一个以太网接口和一个RS485/RS422接口。 12. 采用≥7吋高清彩色触摸屏作为人机操作界面，可显示温度、压力、运行时间、报警信息等参数， 13. 触摸屏自带USB接口。 14. ▲程序系统：内置≥12套程序，其中≥8套默认程序和≥4套自定义程序，用户可根据需求自行调节参数； 15. 具有智能模式 16. 具有安全保护装置 17. 具有紧急开门装置

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：医用封口机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<table><tr><td>配置要求</td><td>1、 连接医院信息追溯系统， 包含接口对接所有费用 2、 质保期： 3年</td></tr><tr><td>技术参数</td><td>1.切割宽度：≤400mm(可多卷同时切割) 2.切割速度：18±0.5m/min 3.封口速度：10±0.5 m/min 4.封口留边：0～35 mm可调 5.密封宽度：≥12 mm 6.工作温度： 60～220 ℃可调 7.≥7英寸液晶触控屏， 图形化操作界面， 内置时钟、 各项工作参数可以设置并具有自动储存功能； 可以存储≥800万条打印信息记录。 8.具有切割封口打印、切割封口、单独进行热封或封口打印功能， 可实现一机多用， 有效提高工作效率； 9.具有自动进纸切割封口打印功能 10.可实现单卷或多卷相同尺寸的同时切割工作 11.具有封口机运行鉴定自动检测功能 12.电脑智能温度控制 13.具有全自动显示错误提示代码</td></tr></table>	配置要求	1、 连接医院信息追溯系统， 包含接口对接所有费用 2、 质保期： 3年	技术参数	1.切割宽度：≤400mm(可多卷同时切割) 2.切割速度：18±0.5m/min 3.封口速度：10±0.5 m/min 4.封口留边：0～35 mm可调 5.密封宽度：≥12 mm 6.工作温度： 60～220 ℃可调 7.≥7英寸液晶触控屏， 图形化操作界面， 内置时钟、 各项工作参数可以设置并具有自动储存功能； 可以存储≥800万条打印信息记录。 8.具有切割封口打印、切割封口、单独进行热封或封口打印功能， 可实现一机多用， 有效提高工作效率； 9.具有自动进纸切割封口打印功能 10.可实现单卷或多卷相同尺寸的同时切割工作 11.具有封口机运行鉴定自动检测功能 12.电脑智能温度控制 13.具有全自动显示错误提示代码
		配置要求	1、 连接医院信息追溯系统， 包含接口对接所有费用 2、 质保期： 3年			
		技术参数	1.切割宽度：≤400mm(可多卷同时切割) 2.切割速度：18±0.5m/min 3.封口速度：10±0.5 m/min 4.封口留边：0～35 mm可调 5.密封宽度：≥12 mm 6.工作温度： 60～220 ℃可调 7.≥7英寸液晶触控屏， 图形化操作界面， 内置时钟、 各项工作参数可以设置并具有自动储存功能； 可以存储≥800万条打印信息记录。 8.具有切割封口打印、切割封口、单独进行热封或封口打印功能， 可实现一机多用， 有效提高工作效率； 9.具有自动进纸切割封口打印功能 10.可实现单卷或多卷相同尺寸的同时切割工作 11.具有封口机运行鉴定自动检测功能 12.电脑智能温度控制 13.具有全自动显示错误提示代码			
打“★”号条款为实质性条款， 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。						

标的名称：电动密闭下送车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		配置要求	1、质保期：3年
		技术参数	1. 用于无菌物品密闭式下送，201不锈钢材质。侧开+顶开式箱体 2、前轮定向充气驱动轮，后轮万向轮； 3、配置液晶显示屏； 4、配置急停开关； 5、电机配置断电自锁功能； 6、底部四周配有防撞块； 7、充电时间：8～10h； 8、额定载重≥200kg满载续航时间≥3.5h； 9、满载续航里程≥20km/ 10、满载额定爬坡角度≥13°； 11、前进速度0～3m/s范围内可调。 12、外形尺寸：≥1400mm×700mm×1300mm(±5mm)
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：管腔干燥器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1			
		配置要求	1. 由主机、气枪 2. 医用全无油空压机 3. 质保期：3年
		技术参数	1. 采用壁挂式安装、全自动微电脑控制 2. 外接压缩空气和220V电源，配置过滤装置 3. 可根据需要设置不同的温度、压力 4. 全自动恒温功能 5. 具备压力保护，压力异常可报警
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：医用空气消毒机

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
1		配置要求	1、质保期：3年
		技术参数	1. 人机共存，空气消毒器壳体阻燃，表面防静电 2. 自带静音万向轮 3. 额定循环风量≥1000m³/h， 4. 等离子体电场强度≥8500V； 5. 支持多档风速调节，具备手动、定时运行模式，可设置多组定时启停，显示屏实时显示运行状态，具备工作时间自动累计功能 6. 产品具有报警功能
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：洗眼器

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
1		配置要求	1、质保期：3年
		技术参数	1、双喷淋头，冲洗水无喷射冲击， 2、洗眼喷头配有防尘保护盖，使用时保护盖自动脱离， 3、主体耐腐蚀，材质可耐受常用消毒剂、化学剂腐蚀
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：升降窗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1			
		配置要求	1、质保期：3年
		技术参数	1、不锈钢材质； 2、电动升降、按钮控制； 3、采用钢化玻璃视窗； 4、外形尺寸：≤900×100×1600mm(±5mm)
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：传递窗

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
1		配置要求	1、质保期：3年
		技术参数	1. 1、用于无菌物品的传递，不锈钢材质；四单元互锁结构，同一时间内仅允许单扇门打开；双门互锁结构 2、通道内带紫外线灯； 3、双门通道式传递口，实现无菌区与外界的隔离；门带玻璃视窗，可观察传递窗内物品； 4、外形尺寸：≤550×650×550mm(±5mm)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：器械检查打包台

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
1		配置要求	1、质保期：3年
		技术参数	1.用于各类器械检查、包装，不锈钢材质； 2.配置：LED灯，顶隔板，插座，开关，光源放大镜 3.外形尺寸：≥2000*1300*850mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：包布检查打包台

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
1		配置要求	1、质保期：3年
		技术参数	1.用于供应室敷料检查、包装工作，整体不锈钢材质； 2.台面配置内嵌式检查灯1个，4角带刹车万向轮； 3.外形尺寸：≥2000×1100×800mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：不锈钢器械柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		配置要求	1、质保期：3年
		技术参数	1、用于供应室各类器械、物品的存放，柜体不锈钢材质； 2、密闭柜门，双门，外开门；双柜门为玻璃视窗；无尖锐边角；4层可调隔板； 3、外形尺寸：≥1000×400×1700mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：不锈钢辅料柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
1		配置要求	1、质保期：3年
		技术参数	1. 用于供应室敷料类物品的存放，柜体不锈钢材质，符合院感管理要求 2、密闭柜门，外开门，上下两层独立开门（四门）；多层可调隔板；上层带玻璃视窗 3、外形尺寸：≥1200×400×1700mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

采购包2：合同包二

标的名称：智能药浴机（含管理工作站）

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
		配置要求	1. 成套供货，含药浴机主机、触摸屏操作终端、IC数据卡等全部配套； 2. 设备可与包内电加热蒸汽发生器换热系统配套使用 3. 护士管理工作站及配套软件 4. 质保期：3年
		技术参数	1、输入电压：AC220V/50Hz。 2、最大输出功率：70W。 3、治疗温度：0～45℃可调。 4、治疗时间：0～60min 可调。 5、臭氧：DC12V/16W。 6、音响功率：≥10W。 7、耐压强度：1250V/1分钟不击穿。绝缘电阻：200MΩ。 8、防水强度：≥IPX4 防触电：Ⅰ类。 9、主机外形尺寸：≤176cm×76cm×80cm（参考）。 二、设备性能 ★1、蒸汽换热装置：具备独立蒸汽换热模块对浴缸内药液加热功能，非直通式加热；工作时噪音≤60dB；加热水循管路环具备304不锈钢材质；加热水循环管路总长度≤60cm

；

2、监测及显示：具备实时动态监测并实时显示温度、时间、水位、运行状态、具备温度自动补偿功能。

3、具备安全保护功能，一键臭氧消毒功能

▲4、舱体须采用复合材质模具一次成型制作

5、水流按摩：具备循环喷射按摩功能；具备主界面独立按钮及独立薄膜按钮开关。

6、具备光谱疗法、音乐疗法

7、具有语音提示功能

★8、具备故障自检功能

9、控制操作：具备控制操作面板 ≥ 7 吋彩色触摸屏操作及显示，具备独立薄膜功能按钮开关。须分体式设计无限制安装。

10、智能模式：具备治疗次数预设 14 天/28 次的治疗运行治疗参数、可编写病例、一键启动、自动开启智能运行设定的14天/ 28次的治疗

处方、自动启动、自动停止、自动待机、直到设定次数为0，运行中语音导航提示病人进行治疗，智能模式运行中途全程无需手动操作。

11、自动排水：具备彩色触摸屏主界面一键自动排水,具备独立排水电控阀门；主界面独立按钮及独立薄膜按钮开关。

。

12、插拔式 IC 数据卡：具有自动识别匹配卡内病例数据、一键启动运行、当数据卡内没有数据或者数据不能匹配当前主机时、系统语音提示。

▲13、自动进水：具备开机后自动进水功能，达到高水位自动停止进水，加热及恒温运行中低于高水位自动补偿进水，无需人为操作干预。

14、病例储存：可预设储存 ≥ 200 个治疗参数、一键读取自动运行；具备主界面独立按钮及独立薄膜按钮开关。

★15、具备自动恒温功能

▲16、具有紧急按钮。

17、具备自动冲洗消毒功能

★18、加热速度：须具备加热工作时水温每 1min上升 $\geq 2^{\circ}\text{C}$ ；水温在 $\leq 12^{\circ}\text{C}$ 时需在 $\leq 15\text{min}$ 内完成预热并上升至 45°C 。

★19、操作控制系统：控制操作面板具备独立薄膜各功能按钮；病例读取、病例输入、音乐、光疗、臭氧、冲洗、选择、设置、储存、启动、停止等；具备电子浮球实时水位检测功能。

▲20、浴膜：具备药浴机舱体内部套PE塑料浴膜功能，在病

		人入浴后不得影响加热恒温功能。 ★21、配护士管理工作站及配套软件： （1）软件功能：具备实时动态监测管理≥60台智能药浴机工作状态功能；具备远程启动和停止药浴机工作功能；具备输入病例信息及治疗参数功能；具备病人感觉不适时点击药浴机主机上的紧急按钮后，工作站显示屏同步显示对应需要处理的药浴机编号，工作站主机同步语音播报床位编号功能；具备远程工作站主机控制治疗温度:0-45℃可调,步进1℃,允差≤0.2℃；具备远程工作站主机控制治疗时间:0-60min可调,步进1min≤,允差 30s；具备在工作站一键开启/关闭药浴主机上的臭氧消毒模块功能；具备在工作站一键开启/关闭药浴主机上的光谱色灯功能；具备在工作站远程操作开启/关闭药浴主机音乐播放功能。 （2）工作站主机IC卡读写模块:接口 485转USB;具备读写IC数据卡功能；具备工作站电脑编写治疗参数存储至IC卡内功能、工作站编写的治疗参数可同步到药浴机主机，工作站主机和药浴机主机可读取卡内数据；工作站具备外置独立IC卡读写模块。 （3）语音播报：具备在治疗中病人点击药浴机上的紧急按钮时、工作站主机语音提示对应药浴机编号同时工作站显示屏显示床位编号功能。 （4）软件：具备C++语言软件编程，非PLC工控编程控制。 （5）数据同步：具备工作站治疗参数数据和每台药浴机治疗参数数据同步动态显示功能； （6）具备药浴机上所有控制功能，具备管理工作站电脑上远程控制。 22、其它要求：包含每台设备终端304不锈钢管及其它管件
--	--	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：智能熬药系统（含管道）

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
		配置要求	1. 整机成套供货，包含主机、过滤药框、过滤组件、全套阀门、管路等全部配套组件； 2. 负责设备运输、管路布线、安装调试，完成与包内电加热蒸汽发生器热源对接联调，满足蒸汽换热使用条件； 3. 质保期：3年
		技术参数	一、主要技术指标 ▲1、最大输出功率： 400W。

- 2、设定时间：0~180min可调、步进1min
 - 3、设定温度：常温~98℃可调、步进1℃。
 - 4、臭氧消毒、自动进水
 - 5、外形尺寸：610mm×480mm×1400mm（参考）。
- 总容量：≥220L。

二、设备性能

- 1、断电记忆：具备在熬药运行时突然断电后自动记忆运行参数,下次开机无需重新输入熬药参数功能。
- 2、武火/文火：具备启动熬药后自动武火进行加热,达到设定温度后,自动切换文火熬制状态，支持操作触摸屏上手动调节文火或者武火工作方式。
- 3、自动上药：具备6路独立自动输送药液电动阀门、在熬药主机彩色触摸屏上可选择1-6路自动上药，输送药量可调、输送完成后自动关闭上药阀门及主管路阀门（非手动开关阀门）。
- 4、防水等级：≥IPX4、防触电：I类。
- ▲5、具备安全保护功能
- 6、设备材质：304不锈钢材质。
- 7、控制操作：≥7吋彩色触摸屏操作及显示并实时动态监测及显示熬药状态,温度、时间、水位。
- 8、软件升级接口：控制主板须设有软件升级接口（非触PLC触摸屏控件输入）。
- 9、具备自动排水功能
- 10、上药保护：具备在点击上药键时，当药液温度超过75℃时，系统须不支持药液输送功能。
- ★11、蒸汽换热装置：具备独立蒸汽热源换热装置加热、非直通式加热；加满水加热速度须在≤40分钟内完成药液熬煮提取；加热工作时噪音须≤60dB；加热中耗电量须≤0.2度/小时；
- ★12、微压熬煮：具备微压熬煮功能，加热熬煮时须为上盖锁紧微压密闭熬煮。
13. 防堵过滤:内胆须具备双层过滤板、过滤网；专用过滤药框、快插式药液输送口专用过滤装置。
- ★14、自动上药控制模块:
 - 1) 须具备主机内部独立上药PCB控制板；6路自动上药阀门须为独立通讯端口控制输出；控制板具备数据传输通讯接口连接至PCB主控制板；
 - 2) 须满足在触摸屏上点击任意一路按键完成自动上药功能；可同时6路自动上药；6路上药量可独立设置；具备上药完

		成后自动关闭阀门。 3) 须具备控制系统自动检测主管路电动阀门及6路上药电动阀门故障功能； 4) 具备上药子阀门或主阀门出现故障时系统自动关闭上药水泵功能 ▲15、操作控制系统：具备独立的控制输出板、控制主板、阀门控制主板，3块控制板须独立模块化设计；非PLC控制方式 ▲16加工工艺要求： 1) 主机内胆及外胆边角须R圆弧制作工艺； 2) 主机内胆及外胆焊接竖缝须为单缝焊接制作工艺； 3) 主机上盖及上盖下沿须为304不锈钢厚板精加工工艺，下沿机加件须设有凹槽，凹槽内须设有耐高温密封胶条； 17、其它要求：包含每台设备终端304不锈钢管及其它管件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电加热蒸汽发生器（含管道）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		配置要求	1. 整机成套供货，包含主机、阀门、管路等全套配套组件； 2. 设备需满足与药浴系统对接使用，接口配套齐全； 3. 质保期：3年
		技术参数	1. 电源电压:AC380V/50Hz，额定功率：≥90KW。 2. 额定蒸汽发生量：≥130Kg/H； 3. 作压力：0.4~0.7Mpa； 4. 饱和蒸汽温度：≥170℃。 5、内胆材质：具备加厚不锈钢板、内胆厚度≥ 5mm。 6、蒸汽加热档位调节：具备多档可调；手动设定及自动模式。 7、材质：整机壳体 304不锈钢材质制作。 8、加热模块：具备多组独立加热管，加热管材质316不锈钢。 9、具备水箱自动防回流电动阀门控制功能；独立外跨水位显示。 ★10.设计容积<30L

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：反渗透净水设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<table><tr><td>配置要求</td><td>1、整机成套供货，主机、过滤耗材、管路阀门等全套配套； 2、质保期：3年</td></tr><tr><td>技术参数</td><td>1、电源电压:220v/50Hz，额定功率：≥1.8KW。 2、净水流量：≥1吨/小时。 3、适用水质：自来水；进水压力：＞0.3兆帕。 4、过滤水质：净化水/纯净水。过滤精度：0.0001微米。 5、产品尺寸：≤175*70*165cm。压力罐容量：≥260 升（随用随制）</td></tr></table>	配置要求	1、整机成套供货，主机、过滤耗材、管路阀门等全套配套； 2、质保期：3年	技术参数	1、电源电压:220v/50Hz，额定功率：≥1.8KW。 2、净水流量：≥1吨/小时。 3、适用水质：自来水；进水压力：＞0.3兆帕。 4、过滤水质：净化水/纯净水。过滤精度：0.0001微米。 5、产品尺寸：≤175*70*165cm。压力罐容量：≥260 升（随用随制）
		配置要求	1、整机成套供货，主机、过滤耗材、管路阀门等全套配套； 2、质保期：3年			
技术参数	1、电源电压:220v/50Hz，额定功率：≥1.8KW。 2、净水流量：≥1吨/小时。 3、适用水质：自来水；进水压力：＞0.3兆帕。 4、过滤水质：净化水/纯净水。过滤精度：0.0001微米。 5、产品尺寸：≤175*70*165cm。压力罐容量：≥260 升（随用随制）					
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。						

标的名称：沙疗床

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
1		配置要求	1.远红外樟松木床体 2.医用黑沙1吨 3.保温床罩 4.纳米竹席 5.沙疗瓢 6.挖沙神器 7.沙疗服10套，可以循环使用 8.沙疗宣传牌一套 9.计时器 10.擦沙手套 11. 质保期：3年
		技术参数	1、尺寸：约220 cm×120 cm×60cm；窗体木材：樟松木；承重：≥1.2 吨 2、额定电压：220V,额定功率：≥2000W 3、控制系统：双控;发热系统：石墨烯远红外频谱加热板 4、加热板数量：≥18块 5、保护装置：漏电保护器；电路配置：高温阻燃电路；保温材料：航空同等级别阻燃保温材料
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：多功能艾灸器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1

配置要求	序号	名称	单位	数量
	1	整机	台	1
	2	嵌入式软件	套	1
	3	电源线	根	1
	4	防尘罩	个	1
	5	操作夹	个	1
	6	艾灸柱	包	1
	7	艾灸网筒	个	6
	8	网筒盖	个	6
	9	防灰网片	片	1
	10	遥控器	个	1
	11	围布	个	1
	12	质保期：3年		
技术参数	技术参数：			
	1、电源要求：AC 220V，50Hz；			
	2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮；			
	3、≥7吋液晶显示屏；			
	4、艾灸网筒：≥6个；			
	5、点火棒采用陶瓷材质，功率为≥135W；			
	6、自动点火；自动灸疗；自动控时；自动控温；			
	7、排风量：≥5m³/h，风量等级多档可调；			
	8、调节高度：可调节高度0～300mm，误差±10mm；调节角度：可调节角度为0～180°；			
	9、工作噪声：≤60dB（A）；			
	10、配备外置遥控器；配备除烟装置；包含嵌入式软件。			

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	-----------------------	------------------	--------	--	---

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品

目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	---	--

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	--	---

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：合同包二

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按

一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分59.00分 商务部分11.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术参数与性能指标响应情况	根据第三章 招标内容与技术要求中“技术参数与性能指标”的各项要求的响应情况进行评分：标记“▲”为重要技术指标（共计27 项）,每负偏离1项扣1分，最多扣27分；“技术参数与性能指标”中不带“▲”和“★”号的为一般技术指标（共计250项），每负偏离1项扣0.04分，最多扣10分。本项合计37分，扣完为止。注：标注“▲”的技术参数，供应商需提供相关佐证材料证明响应内容（佐证材料是指技术白皮书或产品说明书或产品鉴定证书或检测报告或设备制造商产品彩页或产品证明截屏等），根据供应商提供的技术偏离表及佐证材料进行评价，并在技术偏离表中写明佐证材	37.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

		料的页码，未提供对应佐证材料或佐证材料无对应参数或负偏离的参数视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审。一般技术指标根据供应商提供的技术偏离表进行评分。		具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
供货方案		供货方案符合项目需求且产品包装、发运计划方案详细、实用、可行, 方案内容应包含： 1.产品包装方式； 2.供货运输计划； 3.运输风险预防及损坏处理； 4.配送作业流程及.配送人员安排； 5.到货交接方案等。 方案内容按项评分，每项内容完善、合理得2分，每项内容存在一般性缺陷的得1分，不提供不得分，本项最高得10分。（完全符合要求是指：包装方式满足项目需求，运输计划安排合理，运输风险及损坏方案合理可行，配送作业流	10.0000	主观 开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明

技术评审		程满足项目需求，配送人员安排合理，交接方案具备可实施性，且针对性强，有利于项目实施；一般性缺陷是指：虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，但基本满足采购项目需求。）			依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	安装调试方案	安装调试方案合理有效，符合实际使用需求，方案内容应包含：①安装人员安排及安装流程；②调试步骤、测试方法及所需工具仪器；③安装调试进度计划及过程质量保障措施。方案内容按项评分，每项内容完善、合理得2分，每项内容存在一般性缺陷的得1分，不提供不得分，本项最高得6分。（完全符合要求且能，安装调试方案1分	6.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表

	百安水定恒：女装调试刀条、人员安排满足项目需求，调试步骤、测试方法及所需工具仪器安排合理可行，安装调试进度计划及过程质量保障措施针对性强，有利于项目实施；一 般性缺陷是指：虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，但基本满足采购项目需求。）		投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	培训方案采用线上线下培训相结合的方式，符合实际使用需求。方案内容应包含： 1.培训内容、方式及培训人员安排； 2.设备操作注意事项； 3.常见故障排除、维修保养事项； 方案内容按项评分，每项内容完善、合理得2分。每项内容存在		开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明

	技术培训方案	一般性缺陷的得1分，不提供不得分，本项最高得6分。（完全符合要求是指：培训方案满足实际使用需求，有详细的设备操作注意事项，故障排除方案及维修保养事项，方案操作性强，有利于项目实施；一般性缺陷是指：虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，但基本满足采购项目需求。）	6.0000	主观	材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函

商务评审	同类业绩	供应商提供近三年（2023年01月01日至提交投标文件截止时间）承担的同类业绩，提供合同原件扫描件及对应发票，每提供一项得1分，此项最多得5分。（时间以合同签订日期为准，合同须包括签订日期、签字盖章页及能体现采购内容的关键页）	5.0000	客观	投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
		售后服务方案方案完整、合理有效,方案内容应包含： 1.售后服务内容； 2.售后服务保障措施； 3.售后人员配备及联系方式； 4.故障响应时			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函

	售后服务方案	间及故障处理措施； 5.售后技术支持、指导方式及流程; 6.设备维护周期和维护措施。 售后服务方案内容按项评分，每项内容完善、合理得1分，每项内容存在一般性缺陷的得0.5分，不提供不得分，本项最高得6分。（完全符合要求是指：售后服务内容及保障措施完善，具备专业的售后服务团队，且团队配置合理，服务响应及时，如有需要可安排人员上门维修指导，设备维护周期及措施合理，完全符合本项目实际需求；一般性缺陷是指：虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，但基本满足采购项目需求。）	6.0000	主观	联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	--	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	---	--------	--	--

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术参数与性能指标响应情况	根据第三章 招标内容与技术要求中“技术参数与性能指标”的各项要求的响应情况进行评分：标记“▲”为重要技术指标（共计8项），每负偏离1项扣3分，最多扣24分；“技术参数与性能指标”中不带“▲”和“★”号的为一般技术指标（共计65项），每负偏离1项扣0.2分，最多扣13分。本项合计37分，扣完为止。 注：标注“▲”的技术参数，供应商需提供相关佐证材料证明响应内容（佐证材料是指技术白皮书或产品说明书或产品鉴定证书或检测报告或设备制造商产品彩页或产品证明截屏等），根据供应商提供的技术偏离表及佐证材料进行评价，并在技术偏离表中写明佐证材料的页码，未提供对应佐证材料或佐证材料无对应参数或负偏离的参数视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审。一般技术指标根据供应商提供的技术偏离表进行评分。	37.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

				书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
供货方案	供货方案符合项目需求且产品包装、发运计划方案详细、实用、可行, 方案内容应包含： 1.产品包装方式； 2.供货运输计划； 3.运输风险预防及损坏处理； 4.配送作业流程； 5.配送人员安排； 6.到货交接方案等。 方案内容按项评分，每项内容完善、合理得1.5分，每项内容存在一般性缺陷的得0.75分，不提供不得分，本项最高得9分。（完全符合要求是指：包装方式满足项目需求，运输计划安排合理，运输风险及损坏方案合理可行，配送作业流程满足项目需求，配送人员安排合理，交接方案具备可实施性，且针对性强，有利于项目实施；一般性缺陷是指：虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，但基本满足采购项目需求。）	9.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前

技术评审					三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	安装调试方案	安装调试方案合理有效，符合实际使用需求，方案内容应包含：①安装人员安排及安装流程；②调试步骤、测试方法及所需工具仪器；③安装调试进度计划及过程质量保障措施。方案内容按项评分，每项内容完善、合理得2分，每项内容存在一般性缺陷的得1分，不提供不得分，本项最高得6分。（完全符合要求是指：安装调试方案、人员安排满足项目需求，调试步骤、测试方法及所需工具仪器安排合理可行，安装调试进度计划及过程质量保障措施针对性强，有利于项目实施；一般性缺陷是指：虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容	6.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件

		股性缺陷是指：虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，但基本满足采购项目需求。）			的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	同类业绩	供应商提供近三年（2023年01月01日至提交投标文件截止时间）承担的同类业绩，提供合同原件扫描件及对应发票，每提供一项得1分，此项最多得5分。（时间以合同签订日期为准，合同须包括签订日期、签约盖章单位及能体现采购内容	5.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明

商务评审		期、签字盖章页及能体现采购内容的关键页)		依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
		售后服务方案方案完整、合理有效,方案内容应包含: 1.售后服务内容、售后服务保障措施; 2.售后人员配备及联系方式; 3.故障响应时间及故障处理措施; 4.售后技术支持、指导方式及流程;5.设备维护周期和维护措施。 售后服务方案内容按项评分, 每项内容完善、合理得1分, 每项内容存在一般性缺陷的得0.5分, 不提供不得分, 本项最高		开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声

价格评审	价格评审	最低报价/投标文件报价/×100×价格项 评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	---	---------	----	---

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
				政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	---	--------	---	--

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：本国产品成本比例声明表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：开标一览表
- 详见附件：分项报价表

采购包2：合同包二

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表