

可视化电生理精准诊断系统等医疗设备采购项目

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古医科大学附属医院

采购代理机构名称：中国远东国际招标有限公司

项目编号：NMGZCS-G-H-260869

2026年10月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

中国远东国际招标有限公司 受 内蒙古医科大学附属医院 委托，采用公开招标方式组织采购 可视化电生理精准诊断系统等医疗设备采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 可视化电生理精准诊断系统等医疗设备采购项目
- 项目编号： NMGZCS-G-H-260869
- 采购计划备案号： 内政采计划[2026]35965
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 可视化电生理精准诊断系统等设备
- 采购包预算金额（元）： 2,930,000.00
- 采购包最高限价（元）： 2,930,000.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	超微粉碎机1	1.00	100,000.00	台	工业	否	否	否	否
2	高效液相色谱仪	1.00	210,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	可视化电生理精准 诊断系统	1.00	2,000,000.00	台	工业	是	否	否	否
4	离子色谱仪	1.00	510,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	三维运动混合机	1.00	70,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	台式高速冷冻离心 机	1.00	40,000.00	台	工业	否	否	否	否

- 采购包2： 鼻功能诊断系统等设备
- 采购包预算金额（元）： 1,873,000.00
- 采购包最高限价（元）： 1,873,000.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	鼻功能诊断 系统	1.00	820,000.00	台	工业	是	否	否	否

2	电针仪	13.00	13,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	多功能艾灸仪	1.00	80,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	灸疗机器人	2.00	300,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	蜡疗治疗仪	1.00	100,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	中医经络治疗仪	1.00	150,000.00	台	工业	否	否	否	否
7	中医四诊仪	1.00	360,000.00	台	工业	否	否	否	否
8	中医体质辨识仪	1.00	50,000.00	台	工业	否	否	否	否

采购包3：经颅磁刺激及导航系统等设备

采购包预算金额（元）：1,586,000.00

采购包最高限价（元）：1,586,000.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	定量脑电图+事件相关电位	1.00	350,000.00	台	工业	否	否	否	否
2	经颅磁刺激及导航系统	1.00	530,000.00	台	工业	是	否	否	否
3	经颅磁治疗仪	1.00	370,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	经颅直流电刺激仪	1.00	186,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	睡眠治疗仪（经颅电刺激仪）	1.00	150,000.00	台	工业	否	否	否	否

采购包4：红外热成像仪等设备

采购包预算金额（元）：1,600,000.00

采购包最高限价（元）：1,600,000.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	冲击波理疗仪	1.00	200,000.00	台	工业	否	否	否	否

2	冲击波治疗仪（气压弹道式体外冲击波治疗仪）	1.000	200,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	多通道生物反馈治疗仪	2.000	400,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	红外热成像仪	1.000	460,000.00	台	工业	是	否	否	否
5	上下肢主被动训练仪	1.000	120,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	双下肢主被动训练仪	1.000	100,000.00	台	工业	否	否	否	否
7	中频治疗仪	4.000	120,000.00	台	工业	否	否	否	否

采购包5：生物反馈治疗仪等设备

采购包预算金额（元）：2,163,000.00

采购包最高限价（元）：2,163,000.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	24小时动态心电图机	1.000	50,000.00	台	工业	否	否	否	否
2	半导体激光治疗仪	3.000	150,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	便携式肌电图诱发电位仪	1.000	250,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	超微粉碎机2	1.000	10,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	电磁波治疗仪	5.000	10,000.00	台	工业	否	否	否	否

6	电针仪	4. 0 0	4,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
7	动态血压记录仪	1. 0 0	50,000. 00	台	工业	否	否	否	否
8	高流量呼吸机	1. 0 0	50,000. 00	台	工业	否	否	否	否
9	各种罐疗器具	1. 0 0	50,000. 00	台	工业	否	否	否	否
10	各种灸疗器具	1. 0 0	50,000. 00	台	工业	否	否	否	否
11	恒温箱	2. 0 0	20,000. 00	台	工业	否	否	否	否
12	颈腰椎多功能牵引床（四维）	1. 0 0	60,000. 00	台	工业	否	否	否	否
13	颈椎牵引椅（四维）	2. 0 0	30,000. 00	台	工业	否	否	否	否
14	蜡疗治疗设备	1. 0 0	20,000. 00	台	工业	否	否	否	否
15	蒙药药浴池（缸）	2. 0 0	20,000. 00	台	工业	否	否	否	否
16	热奄包加热柜1	1. 0 0	10,000. 00	台	工业	否	否	否	否
17	热奄包加热柜2	1. 0 0	10,000. 00	台	工业	否	否	否	否
18	沙疗床	2. 0 0	40,000. 00	台	工业	否	否	否	否

19	生物反馈治疗仪	1. 0 0	260,000. .00	台	工业	是	否	否	否
20	双通道输液泵（注射泵）	1. 0 0	7,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
21	睡眠治疗仪	1. 0 0	150,000. .00	台	工业	否	否	否	否
22	铜砭刮痧板	6. 0 0	12,000. 00	台	工业	否	否	否	否
23	微电流治疗仪（直流电刺激仪）	4. 0 0	80,000. 00	台	工业	否	否	否	否
24	无创呼吸机	1. 0 0	100,000. .00	台	工业	否	否	否	否
25	无创心电监护仪	2. 0 0	40,000. 00	台	工业	否	否	否	否
26	无重力减压牵引床（脊柱减压牵引治疗系统、四维）	1. 0 0	70,000. 00	台	工业	否	否	否	否
27	熏蒸床	2. 0 0	20,000. 00	台	工业	否	否	否	否
28	熏蒸桶（足）	5. 0 0	5,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
29	熏蒸治疗床	2. 0 0	150,000. .00	台	工业	否	否	否	否
30	振动叩击排痰机（马甲式）	1. 0 0	45,000. 00	台	工业	否	否	否	否
31	中频电疗仪	1. 0 0	10,000. 00	台	工业	否	否	否	否

32	中药粉碎机	1. 0 0	20,000. 00	台	工业	否	否	否	否
33	中药离子导入仪	1. 0 0	5,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
34	中药熏蒸仪	1. 0 0	40,000. 00	台	工业	否	否	否	否
35	中药熏蒸治疗仪	1. 0 0	50,000. 00	台	工业	否	否	否	否
36	中医定向透药治 疗仪	1. 0 0	30,000. 00	台	工业	否	否	否	否
37	中医定向透药治疗仪	1. 0 0	30,000. 00	台	工业	否	否	否	否
38	中医督脉灸疗床	2. 0 0	100,000 .00	台	工业	否	否	否	否
39	中医特色足浴桶	6. 0 0	30,000. 00	台	工业	否	否	否	否
40	中医治疗车（树脂）	1. 0 0	5,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
41	自动头疗仪	1. 0 0	20,000. 00	台	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02329900 其他医疗设备	超微粉碎机1	超微粉碎机1
2	A02329900 其他医疗设备	高效液相色谱仪	高效液相色谱仪
3	A02329900 其他医疗设备	可视化电生理精准诊断系统	可视化电生理精准诊断系统
4	A02329900 其他医疗设备	离子色谱仪	离子色谱仪
5	A02329900 其他医疗设备	三维运动混合机	三维运动混合机
6	A02329900 其他医疗设备	台式高速冷冻离心机	台式高速冷冻离心机

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02329900 其他医疗设备	鼻功能诊断系统	鼻功能诊断系统
2	A02329900 其他医疗设备	电针仪	电针仪
3	A02329900 其他医疗设备	多功能艾灸仪	多功能艾灸仪
4	A02329900 其他医疗设备	灸疗机器人	灸疗机器人
5	A02329900 其他医疗设备	蜡疗治疗仪	蜡疗治疗仪
6	A02329900 其他医疗设备	中医经络治疗仪	中医经络治疗仪
7	A02329900 其他医疗设备	中医四诊仪	中医四诊仪
8	A02329900 其他医疗设备	中医体质辨识仪	中医体质辨识仪

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02329900 其他医疗设备	定量脑电图+事件相关电位	定量脑电图+事件相关电位
2	A02329900 其他医疗设备	经颅磁刺激及导航系统	经颅磁刺激及导航系统
3	A02329900 其他医疗设备	经颅磁治疗仪	经颅磁治疗仪
4	A02329900 其他医疗设备	经颅直流电刺激仪	经颅直流电刺激仪
5	A02329900 其他医疗设备	睡眠治疗仪（经颅电刺激仪）	睡眠治疗仪（经颅电刺激仪）

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02329900 其他医疗设备	冲击波理疗仪	冲击波理疗仪
2	A02329900 其他医疗设备	冲击波治疗仪（气压弹道式体外冲击波治疗仪）	冲击波治疗仪（气压弹道式体外冲击波治疗仪）
3	A02329900 其他医疗设备	多通道生物反馈治疗仪	多通道生物反馈治疗仪
4	A02329900 其他医疗设备	红外热成像仪	红外热成像仪
5	A02329900 其他医疗设备	上下肢主被动训练仪	上下肢主被动训练仪
6	A02329900 其他医疗设备	双下肢主被动训练仪	双下肢主被动训练仪
7	A02329900 其他医疗设备	中频治疗仪	中频治疗仪

采购包5:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02329900 其他医疗设备	24小时动态心电图机	24小时动态心电图机
2	A02329900 其他医疗设备	半导体激光治疗仪	半导体激光治疗仪
3	A02329900 其他医疗设备	便携式肌电图诱发电位仪	便携式肌电图诱发电位仪
4	A02329900 其他医疗设备	超微粉碎机2	超微粉碎机2
5	A02329900 其他医疗设备	电磁波治疗仪	电磁波治疗仪
6	A02329900 其他医疗设备	电针仪	电针仪
7	A02329900 其他医疗设备	动态血压记录仪	动态血压记录仪
8	A02329900 其他医疗设备	高流量呼吸机	高流量呼吸机

9	A02329900 其他医疗设备	各种罐疗器具	各种罐疗器具
10	A02329900 其他医疗设备	各种灸疗器具	各种灸疗器具
11	A02329900 其他医疗设备	恒温箱	恒温箱
12	A02329900 其他医疗设备	颈腰椎多功能牵引床（四维）	颈腰椎多功能牵引床（四维）
13	A02329900 其他医疗设备	颈椎牵引椅（四维）	颈椎牵引椅（四维）
14	A02329900 其他医疗设备	蜡疗治疗设备	蜡疗治疗设备
15	A02329900 其他医疗设备	蒙药药浴池（缸）	蒙药药浴池（缸）
16	A02329900 其他医疗设备	热奄包加热柜1	热奄包加热柜1
17	A02329900 其他医疗设备	热奄包加热柜2	热奄包加热柜2
18	A02329900 其他医疗设备	沙疗床	沙疗床
19	A02329900 其他医疗设备	生物反馈治疗仪	生物反馈治疗仪
20	A02329900 其他医疗设备	双通道输液泵（注射泵）	双通道输液泵（注射泵）
21	A02329900 其他医疗设备	睡眠治疗仪	睡眠治疗仪
22	A02329900 其他医疗设备	铜砭刮痧板	铜砭刮痧板
23	A02329900 其他医疗设备	微电流治疗仪（直流电刺激仪）	微电流治疗仪（直流电刺激仪）
24	A02329900 其他医疗设备	无创呼吸机	无创呼吸机
25	A02329900 其他医疗设备	无创心电监护仪	无创心电监护仪
26	A02329900 其他医疗设备	无重力减压牵引床（脊柱减压牵引治疗系统、四维）	无重力减压牵引床（脊柱减压牵引治疗系统、四维）
27	A02329900 其他医疗设备	熏蒸床	熏蒸床
28	A02329900 其他医疗设备	熏蒸桶（足）	熏蒸桶（足）
29	A02329900 其他医疗设备	熏蒸治疗床	熏蒸治疗床
30	A02329900 其他医疗设备	振动叩击排痰机（马甲式）	振动叩击排痰机（马甲式）
31	A02329900 其他医疗设备	中频电疗仪	中频电疗仪
32	A02329900 其他医疗设备	中药粉碎机	中药粉碎机
33	A02329900 其他医疗设备	中药离子导入仪	中药离子导入仪
34	A02329900 其他医疗设备	中药熏蒸仪	中药熏蒸仪
35	A02329900 其他医疗设备	中药熏蒸治疗仪	中药熏蒸治疗仪
36	A02329900 其他医疗设备	中医定向透药治疗仪	中医定向透药治疗仪
37	A02329900 其他医疗设备	中医定向透药治疗仪	中医定向透药治疗仪
38	A02329900 其他医疗设备	中医督脉灸疗床	中医督脉灸疗床
39	A02329900 其他医疗设备	中医特色足浴桶	中医特色足浴桶
40	A02329900 其他医疗设备	中医治疗车（树脂）	中医治疗车（树脂）
41	A02329900 其他医疗设备	自动头疗仪	自动头疗仪

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相

关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：可视化电生理精准诊断系统等设备

1、特定资格要求：（一）投标人为所投产品制造商的：所投第二、三类医疗器械：提供有效《医疗器械生产许可证》（生产范围须覆盖所投产品）；所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械生产备案凭证》。（二）投标人为经销/代理商的：所投含第三类医疗器械：提供有效《医疗器械经营许可证》（经营范围须覆盖所投产品）；所投仅第二类医疗器械：提供有效《第二类医疗器械经营备案凭证》（经营范围须覆盖所投产品）；所投仅第一类医疗器械：不作经营资质要求。（三）所投第二、三类医疗器械：提供所投型号有效《医疗器械注册证》（含附页、变更页）；所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械产品备案信息表》；所投产品依法不属于医疗器械管理的，无需提供。

采购包2：鼻功能诊断系统等设备

1、特定资格要求：（一）投标人为所投产品制造商的：所投第二、三类医疗器械：提供有效《医疗器械生产许可证》（生产范围须覆盖所投产品）；所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械生产备案凭证》。（二）投标人为经销/代理商的：所投含第三类医疗器械：提供有效《医疗器械经营许可证》（经营范围须覆盖所投产品）；所投仅第二类医疗器械：提供有效《第二类医疗器械经营备案凭证》（经营范围须覆盖所投产品）；所投仅第一类医疗器械：不作经营资质要求。（三）所投第二、三类医疗器械：提供所投型号有效《医疗器械注册证》（含附页、变更页）；所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械产品备案信息表》；所投产品依法不属于医疗器械管理的，无需提供。

采购包3：经颅磁刺激及导航系统等设备

1、特定资格要求：（一）投标人为所投产品制造商的：所投第二、三类医疗器械：提供有效《医疗器械生产许可证》（生产范围须覆盖所投产品）；所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械生产备案凭证》。（二）投标人为经销/代理商的：所投含第三类医疗器械：提供有效《医疗器械经营许可证》（经营范围须覆盖所投产品）；所投仅第二类医疗器械：提供有效《第二类医疗器械经营备案凭证》（经营范围须覆盖所投产品）；所投仅第一类医疗器械：不作经营资质要求。（三）所投第二、三类医疗器械：提供所投型号有效《医疗器械注册证》（含附页、变更页）；所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械产品备案信息表》；所投产品依法不属于医疗器械管理的，无需提供。

采购包4：红外热成像仪等设备

1、特定资格要求：（一）投标人为所投产品制造商的：所投第二、三类医疗器械：提供有效《医疗器械生产许可证》（生产范围须覆盖所投产品）；所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械生产备案凭证》。（二）投标人为经销/代理商的：所投含第三类医疗器械：提供有效《医疗器械经营许可证》（经营范围须覆盖所投产品）；所投仅第二类医疗器械：提供有效《第二类医疗器械经营备案凭证》（经营范围须覆盖所投产品）；所投仅第一类医疗器械：不作经营资质要求。（三）所投第二、三类医疗器械：提供所投型号有效《医疗器械注册证》（含附页、变更页）；所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械产品备案信息表》；所投产品依法不属于医疗器械管理的，无需提供。

采购包5：生物反馈治疗仪等设备

1、特定资格要求：（一）投标人为所投产品制造商的：所投第二、三类医疗器械：提供有效《医疗器械生产许可证》（生产范围须覆盖所投产品）；所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械生产备案凭证》。（二）投标人为经销/代理商的：所投含第三类医疗器械：提供有效《医疗器械经营许可证》（经营范围须覆盖所投产品）；所投仅第二类医疗器械：提供有效《第二类医疗器械经营备案凭证》（经营范围须覆盖所投产品）；所投仅第一类医疗器械：不作经营资质要求。（三）所投第二、三类医疗器械：提供所投型号有效《医疗器械注册证》（含附页、变更页）；所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械产品备案信息表》；所投产品依法不属于医疗器械管理的，无需提供。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 中国远东国际招标有限公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市新城区科尔沁北路绿地智海大厦A3座10楼

邮编： 010010

联系人： 柴英贵、张涛、王欢、闫云龙

联系电话： 0471-6381246

采购单位名称： 内蒙古医科大学附属医院

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市回民区通道北街1号

邮编： 010030

联系人： 安轩

联系电话： 0471-3451200

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 5 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 采购包5：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》内工建协【2022】34号文件收取
14	投标保证金	不收取保证金

15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址：https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包3： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包4： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包5： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 采购包4：3家 采购包5：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 采购包4：1名 采购包5：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名 采购包4：3名 采购包5：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否 采购包5：组织现场踏勘：否

24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；

- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古医科大学附属医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指中国远东国际招标有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：可视化电生理精准诊断系统等设备

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2024年度或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或银行出具的近一年内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳税收的相关凭证或依法缴纳税收的声明函（格式自拟）。（以纳税凭证或缴费凭证或声明函为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保障资金的相关凭证或依法缴纳社会保障资金的声明函（格式自拟）。（以社保缴费凭证或社保部门出具的参保证明或声明函为准） 注：须同时提供上述第1、2项证明材料。其他组织和自然人也须提供上述第1、2项证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7	联合体投标（若有）	本项目不接受联合体投标。

采购包2：鼻功能诊断系统等设备

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2024年度或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或银行出具的近一年内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式自拟）。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳税收的相关凭证或依法缴纳税收的声明函（格式自拟）。（以纳税凭证或缴费凭证或声明函为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保障资金的相关凭证或依法缴纳社会保障资金的声明函（格式自拟）。（以社保缴费凭证或社保部门出具的参保证明或声明函为准） 注：须同时提供上述第1、2项证明材料。其他组织和自然人也须提供上述第1、2项证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7	联合体投标（若有）	本项目不接受联合体投标。

采购包3：经颅磁刺激及导航系统等设备

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2024年度或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或银行出具的近一年内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳税收的相关凭证或依法缴纳税收的声明函（格式自拟）。（以纳税凭证或缴费凭证或声明函为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保障资金的相关凭证或依法缴纳社会保障资金的声明函（格式自拟）。（以社保缴费凭证或社保部门出具的参保证明或声明函为准） 注：须同时提供上述第1、2项证明材料。其他组织和自然人也须提供上述第1、2项证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7	联合体投标（若有）	本项目不接受联合体投标。

采购包4：红外热成像仪等设备

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2024年度或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或银行出具的近一年内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳税收的相关凭证或依法缴纳税收的声明函（格式自拟）。（以纳税凭证或缴费凭证或声明函为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保障资金的相关凭证或依法缴纳社会保障资金的声明函（格式自拟）。（以社保缴费凭证或社保部门出具的参保证明或声明函为准） 注：须同时提供上述第1、2项证明材料。其他组织和自然人也须提供上述第1、2项证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7	联合体投标（若有）	本项目不接受联合体投标。

采购包5：生物反馈治疗仪等设备

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2024年度或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或银行出具的近一年内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式自拟）。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳税收的相关凭证或依法缴纳税收的声明函（格式自拟）。（以纳税凭证或缴费凭证或声明函为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保障资金的相关凭证或依法缴纳社会保障资金的声明函（格式自拟）。（以社保缴费凭证或社保部门出具的参保证明或声明函为准） 注：须同时提供上述第1、2项证明材料。其他组织和自然人也须提供上述第1、2项证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“信用中国(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7	联合体投标（若有）	本项目不接受联合体投标。

特定资格要求

采购包1：可视化电生理精准诊断系统等设备

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	（一）投标人为所投产品制造商的： 所投第二、三类医疗器械：提供有效《医疗器械生产许可证》（生产范围须覆盖所投产品）； 所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械生产备案凭证》。（二）投标人为经销 / 代理商的： 所投含第三类医疗器械：提供有效《医疗器械经营许可证》（经营范围须覆盖所投产品）； 所投仅第二类医疗器械：提供有效《第二类医疗器械经营备案凭证》（经营范围须覆盖所投产品）； 所投仅第一类医疗器械：不作经营资质要求。（三）所投第二、三类医疗器械：提供所投型号有效《医疗器械注册证》（含附页、变更页）； 所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械产品备案信息表》； 所投产品依法不属于医疗器械管理的，无需提供。

采购包2：鼻功能诊断系统等设备

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

特定资格要求	（一）投标人为所投产品制造商的： 所投第二、三类医疗器械：提供有效《医疗器械生产许可证》（生产范围须覆盖所投产品）； 所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械生产备案凭证》。（二）投标人为经销 / 代理商的： 所投含第三类医疗器械：提供有效《医疗器械经营许可证》（经营范围须覆盖所投产品）； 所投仅第二类医疗器械：提供有效《第二类医疗器械经营备案凭证》（经营范围须覆盖所投产品）； 所投仅第一类医疗器械：不作经营资质要求。（三）所投第二、三类医疗器械：提供所投型号有效《医疗器械注册证》（含附页、变更页）； 所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械产品备案信息表》； 所投产品依法不属于医疗器械管理的，无需提供。
--------	---

采购包3：经颅磁刺激及导航系统等设备

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	（一）投标人为所投产品制造商的： 所投第二、三类医疗器械：提供有效《医疗器械生产许可证》（生产范围须覆盖所投产品）； 所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械生产备案凭证》。（二）投标人为经销 / 代理商的： 所投含第三类医疗器械：提供有效《医疗器械经营许可证》（经营范围须覆盖所投产品）； 所投仅第二类医疗器械：提供有效《第二类医疗器械经营备案凭证》（经营范围须覆盖所投产品）； 所投仅第一类医疗器械：不作经营资质要求。（三）所投第二、三类医疗器械：提供所投型号有效《医疗器械注册证》（含附页、变更页）； 所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械产品备案信息表》； 所投产品依法不属于医疗器械管理的，无需提供。

采购包4：红外热成像仪等设备

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	（一）投标人为所投产品制造商的： 所投第二、三类医疗器械：提供有效《医疗器械生产许可证》（生产范围须覆盖所投产品）； 所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械生产备案凭证》。（二）投标人为经销 / 代理商的： 所投含第三类医疗器械：提供有效《医疗器械经营许可证》（经营范围须覆盖所投产品）； 所投仅第二类医疗器械：提供有效《第二类医疗器械经营备案凭证》（经营范围须覆盖所投产品）； 所投仅第一类医疗器械：不作经营资质要求。（三）所投第二、三类医疗器械：提供所投型号有效《医疗器械注册证》（含附页、变更页）； 所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械产品备案信息表》； 所投产品依法不属于医疗器械管理的，无需提供。

采购包5：生物反馈治疗仪等设备

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

特定资格要求	（一）投标人为所投产品制造商的： 所投第二、三类医疗器械：提供有效《医疗器械生产许可证》（生产范围须覆盖所投产品）； 所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械生产备案凭证》。（二）投标人为经销 / 代理商的： 所投含第三类医疗器械：提供有效《医疗器械经营许可证》（经营范围须覆盖所投产品）； 所投仅第二类医疗器械：提供有效《第二类医疗器械经营备案凭证》（经营范围须覆盖所投产品）； 所投仅第一类医疗器械：不作经营资质要求。（三）所投第二、三类医疗器械：提供所投型号有效《医疗器械注册证》（含附页、变更页）； 所投第一类医疗器械：提供有效《第一类医疗器械产品备案信息表》； 所投产品依法不属于医疗器械管理的，无需提供。
--------	---

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包4：

资格审查要求概况	评审点具体描述

面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
------------	--

采购包5：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

中西医协同“旗舰”医院建设试点项目是医院创新中(蒙)西医结合医疗模式，促进中蒙医和西医强强联合、优势互补，提高中(蒙)医药服务能力的重大机遇。一方面可 以全面提升中(蒙)医专科重点疾病的诊疗质量和关键技术，辐射和带动区域整体中(蒙)西医结合水平的提升；另一方面着眼群众需求，可以全面补齐医疗资源短板，提升医 疗卫生服务能力。本采购项目为旗舰医院建设规划中中央资金部分医疗设备，包含耳鼻咽喉头颈外科、风湿免疫科、妇科门诊、康复医学科、蒙医科、内分泌、肾内科、胃肠 外科、药学部、治未病中心、中医科共计68类118台设备

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：可视化电生理精准诊断系统等设备

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订1个月内，特殊要求见采购合同约定。
2		标的提供地点	内蒙古医科大学附属医院
3		合同履约期限	合同签订之日起项目履约结束
4		合同履约地点	内蒙古医科大学附属医院
5		验收要求	根据合同验收内容及国家相关规定进行验收
6		合同支付方式	1、签订合同后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、货物安装调试完成，验收合格，供应商提供全额合规发票后达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：10 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：中标人须在合同签订后5日内向采购人提交履约保证金，金额为政府采购合同金额的10%；待项目履约结束后,办理退还手续。若中标人在供货内不能按期供货，或所供货物存在质量问题，采购人将不退还履约保证金。

8		其他	1.本项目涉及与院方在用信息系统（包含但不限于：LIS、HIS、PACS或专科信息系统等，相关接口信息可现场踏勘获悉）与本项目设备接入需求产生的系统改造、第三方系统对接所需等费用均已包含在本项目投标报价中，由中标人与相关第三方协商，院方不再为此支付任何费用。 2.设备安装调试完成后，中标人需对使用科室进行使用培训。 3.从质量验收合格之日算起，设备默认免费保修期1年，终身维修，有特殊具体要求的按照采购合同执行。供应商应保证随机备品、备件齐全以保障售后及质保服务质量，货物在供应商承诺的质量保证期和服务期内，按照合同文件要求，供应商应保证如实履行责任和义务。货物因设计、工艺或材料等产品自身缺陷出现质量问题或安全问题时，根据问题严重程度，按照采购人退换货和维修要求，由供应商进行免费更换或维修，并承担因此造成的责任和产生的一切费用。 4.供应商保证对其向采购人交付的货物/提供的服务拥有完全的所有权或者处分权，保证第三人不会向采购人主张任何权利;保证没有侵犯任何第三人的合法权益(包括但不限于商标专用权、专利权、著作权等),第三方也不会向采购人提出任何侵权指控。如采购人遭受第三方向采购人主张权利或指控采购人使用的产品/提供服务侵犯了其知识产权或其他权利的，供应商应负责由此产生的一切纠纷和责任，并赔偿由此给采购人造成的所有损失。
---	--	----	--

采购包2：鼻功能诊断系统等设备

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订1个月内，特殊要求见采购合同约定。
2		标的提供地点	内蒙古医科大学附属医院
3		合同履约期限	合同签订之日起项目履约结束
4		合同履约地点	内蒙古医科大学附属医院
5		验收要求	根据合同验收内容及国家相关规定进行验收
6		合同支付方式	1、签订合同后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、货物安装调试完成，验收合格，供应商提供全额合规发票后达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：10 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：中标人须在合同签订后5日内向采购人提交履约保证金，金额为政府采购合同金额的10%；待项目履约结束后,办理退还手续。若中标人在供货内不能按期供货，或所供货物存在质量问题，采购人将不退还履约保证金。

8		其他	1.本项目涉及与院方在用信息系统（包含但不限于：LIS、HIS、PACS或专科信息系统等，相关接口信息可现场踏勘获悉）与本项目设备接入需求产生的系统改造、第三方系统对接所需等费用均已包含在本项目投标报价中，由中标人与相关第三方协商，院方不再为此支付任何费用。 2.设备安装调试完成后，中标人需对使用科室进行使用培训。 3.从质量验收合格之日算起，设备默认免费保修期1年，终身维修，有特殊具体要求的按照采购合同执行。供应商应保证随机备品、备件齐全以保障售后及质保服务质量，货物在供应商承诺的质量保证期和服务期内，按照合同文件要求，供应商应保证如实履行责任和义务。货物因设计、工艺或材料等产品自身缺陷出现质量问题或安全问题时，根据问题严重程度，按照采购人退换货和维修要求，由供应商进行免费更换或维修，并承担因此造成的责任和产生的一切费用。 4.供应商保证对其向采购人交付的货物/提供的服务拥有完全的所有权或者处分权，保证第三人不会向采购人主张任何权利;保证没有侵犯任何第三人的合法权益(包括但不限于商标专用权、专利权、著作权等),第三方也不会向采购人提出任何侵权指控。如采购人遭受第三方向采购人主张权利或指控采购人使用的产品/提供服务侵犯了其知识产权或其他权利的，供应商应负责由此产生的一切纠纷和责任，并赔偿由此给采购人造成的所有损失。
---	--	----	--

采购包3：经颅磁刺激及导航系统等设备

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订1个月内，特殊要求见采购合同约定。
2		标的提供地点	内蒙古医科大学附属医院
3		合同履约期限	合同签订之日起项目履约结束
4		合同履约地点	内蒙古医科大学附属医院
5		验收要求	根据合同验收内容及国家相关规定进行验收
6		合同支付方式	1、签订合同后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、货物安装调试完成，验收合格，供应商提供全额合规发票后达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：10 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：中标人须在合同签订后5日内向采购人提交履约保证金，金额为政府采购合同金额的10%；待项目履约结束后,办理退还手续。若中标人在供货内不能按期供货，或所供货物存在质量问题，采购人将不退还履约保证金。

8		其他	1.本项目涉及与院方在用信息系统（包含但不限于：LIS、HIS、PACS或专科信息系统等，相关接口信息可现场踏勘获悉）与本项目设备接入需求产生的系统改造、第三方系统对接所需等费用均已包含在本项目投标报价中，由中标人与相关第三方协商，院方不再为此支付任何费用。 2.设备安装调试完成后，中标人需对使用科室进行使用培训。 3.从质量验收合格之日算起，设备默认免费保修期1年，终身维修，有特殊具体要求的按照采购合同执行。供应商应保证随机备品、备件齐全以保障售后及质保服务质量，货物在供应商承诺的质量保证期和服务期内，按照合同文件要求，供应商应保证如实履行责任和义务。货物因设计、工艺或材料等产品自身缺陷出现质量问题或安全问题时，根据问题严重程度，按照采购人退换货和维修要求，由供应商进行免费更换或维修，并承担因此造成的责任和产生的一切费用。 4.供应商保证对其向采购人交付的货物/提供的服务拥有完全的所有权或者处分权，保证第三人不会向采购人主张任何权利;保证没有侵犯任何第三人的合法权益(包括但不限于商标专用权、专利权、著作权等),第三方也不会向采购人提出任何侵权指控。如采购人遭受第三方向采购人主张权利或指控采购人使用的产品/提供服务侵犯了其知识产权或其他权利的，供应商应负责由此产生的一切纠纷和责任，并赔偿由此给采购人造成的所有损失。
---	--	----	--

采购包4：红外热成像仪等设备

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订1个月内，特殊要求见采购合同约定。
2		标的提供地点	内蒙古医科大学附属医院
3		合同履约期限	合同签订之日起项目履约结束
4		合同履约地点	内蒙古医科大学附属医院
5		验收要求	根据合同验收内容及国家相关规定进行验收
6		合同支付方式	1、签订合同后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、货物安装调试完成，验收合格，供应商提供全额合规发票后达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：10 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：中标人须在合同签订后5日内向采购人提交履约保证金，金额为政府采购合同金额的10%；待项目履约结束后,办理退还手续。若中标人在供货内不能按期供货，或所供货物存在质量问题，采购人将不退还履约保证金。

8		其他	1.本项目涉及与院方在用信息系统（包含但不限于：LIS、HIS、PACS或专科信息系统等，相关接口信息可现场踏勘获悉）与本项目设备接入需求产生的系统改造、第三方系统对接所需等费用均已包含在本项目投标报价中，由中标人与相关第三方协商，院方不再为此支付任何费用。 2.设备安装调试完成后，中标人需对使用科室进行使用培训。 3.从质量验收合格之日算起，设备默认免费保修期1年，终身维修，有特殊具体要求的按照采购合同执行。供应商应保证随机备品、备件齐全以保障售后及质保服务质量，货物在供应商承诺的质量保证期和服务期内，按照合同文件要求，供应商应保证如实履行责任和义务。货物因设计、工艺或材料等产品自身缺陷出现质量问题或安全问题时，根据问题严重程度，按照采购人退换货和维修要求，由供应商进行免费更换或维修，并承担因此造成的责任和产生的一切费用。 4.供应商保证对其向采购人交付的货物/提供的服务拥有完全的所有权或者处分权，保证第三人不会向采购人主张任何权利;保证没有侵犯任何第三人的合法权益(包括但不限于商标专用权、专利权、著作权等),第三方也不会向采购人提出任何侵权指控。如采购人遭受第三方向采购人主张权利或指控采购人使用的产品/提供服务侵犯了其知识产权或其他权利的，供应商应负责由此产生的一切纠纷和责任，并赔偿由此给采购人造成的所有损失。
---	--	----	--

采购包5：生物反馈治疗仪等设备

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订1个月内，特殊要求见采购合同约定。
2		标的提供地点	内蒙古医科大学附属医院
3		合同履约期限	合同签订之日起项目履约结束
4		合同履约地点	内蒙古医科大学附属医院
5		验收要求	根据合同验收内容及国家相关规定进行验收
6		合同支付方式	1、签订合同后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、货物安装调试完成，验收合格，供应商提供全额合规发票后达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：10 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：中标人须在合同签订后5日内向采购人提交履约保证金，金额为政府采购合同金额的10%；待项目履约结束后,办理退还手续。若中标人在供货内不能按期供货，或所供货物存在质量问题，采购人将不退还履约保证金。

8		其他	1.本项目涉及与院方在用信息系统（包含但不限于：LIS、HIS、PACS或专科信息系统等，相关接口信息可现场踏勘获悉）与本项目设备接入需求产生的系统改造、第三方系统对接所需等费用均已包含在本项目投标报价中，由中标人与相关第三方协商，院方不再为此支付任何费用。 2.设备安装调试完成后，中标人需对使用科室进行使用培训。 3.从质量验收合格之日算起，设备默认免费保修期1年，终身维修，有特殊具体要求的按照采购合同执行。供应商应保证随机备品、备件齐全以保障售后及质保服务质量，货物在供应商承诺的质量保证期和服务期内，按照合同文件要求，供应商应保证如实履行责任和义务。货物因设计、工艺或材料等产品自身缺陷出现质量问题或安全问题时，根据问题严重程度，按照采购人退换货和维修要求，由供应商进行免费更换或维修，并承担因此造成的责任和产生的一切费用。 4.供应商保证对其向采购人交付的货物/提供的服务拥有完全的所有权或者处分权，保证第三人不会向采购人主张任何权利;保证没有侵犯任何第三人的合法权益(包括但不限于商标专用权、专利权、著作权等),第三方也不会向采购人提出任何侵权指控。如采购人遭受第三方向采购人主张权利或指控采购人使用的产品/提供服务侵犯了其知识产权或其他权利的，供应商应负责由此产生的一切纠纷和责任，并赔偿由此给采购人造成的所有损失。
---	--	----	--

2.技术标准与要求

采购包1：可视化电生理精准诊断系统等设备

标的名称：超微粉碎机1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.功率：≥4500w 2.转速：≥3500r/min 3.产量：80-280kg/h 4.进料大小：5-12mm 5.细度：20-100目 6.三相异步全铜芯电机 7.具有水冷降低轴承温度功能 8.具有吸尘功能，生产过程无粉尘飞扬 9.背后有水冷进出口
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高效液相色谱仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.用于对来源于人体血液样本中的无机或有机化合物进行定性或定量检测,包括治疗监控化合物(外源性物质:治疗/毒性药物)和诊断标志物(内源性物质:维生素、氨基酸、激素),用于临床诊断与治疗方案的调整。 2.按照国标 《GB/T 26792-2019-高效液相色谱仪》 整机性能标准规范 3.二维泵最大耐压: ≥42MPa 4.色谱数据软件免费升级 5.具备二维液相色谱系统配置和操作软件, 数据软件能实时显示一维和二维谱图, 能显示样品测定序列的状态和时间, 能显示所有模块的运行情况, 随时观察整个系统的运行状态。 6.每例样品检测时长≤10分钟 7.流量精度: ≤0.06% RSD (@1mL/min, 水) 8.工作站可连接医院HIS和LIS系统, 方便用户使用管理。 9.自动进样系统, 标配样品仓制冷, 可控4℃~室温 10.交叉污染: ≤0.0025% 11.波长范围: 180nm~800nm 12.光源: 氙灯和钨灯, 双灯可自动控制和切换 13.采样率: ≥80Hz/s 14.配自动切换阀2个, 实现一维色谱柱, 中间柱, 二维色谱柱的自动切换。
---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：可视化电生理精准诊断系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.非致冷焦平面红外探测器。 ▲2.红外图像分辨率：≥384×288'瞬时视场≤2.0mrad。红外热成像镜头视场角：水平视场角≥23°，垂直视场角≥17° 3.红外成像工作距离：对焦距离≤0.3m，有效成像测温距离≥5m。 4.测温范围：最小测温范围≤20℃，最大测温范围≥50℃。 5.温度分辨率NETD≤0.07℃（70mk），测温准确度δ≤0.4℃。 6.测温重复性δ≤0.2℃。 7.调焦方式：自动对焦。 8.摄像支架显示屏≥27英寸，在拍摄红外图像时具备动画语音指示功能，指导拍摄动作。 9.环境温度：5℃-40℃。 10.云台功能：红外摄像头可上下、左右转动，左右水平方向转动角度≥150°，上下垂直方向转动角度≥90°。 11.治疗脉冲频率：1-400Hz，调节精度1Hz；治疗脉冲宽度：50-1000μs，并可自主设置在此范围内的脉宽。 12.设备具备电流幅度时间调控功能，治疗电流幅度调节范围：延迟时间0-120s；上升时间0-10s；平台时间0-30s；下降时间0-10s；休息时间0-30s。 13.电刺激电流强度：调节0-99mA，调节精度≤0.5mA。 14.电刺激类型：双相脉冲电流，且各治疗通道有单独的图显示。 15.可自定义调节治疗方案的时间。 16.支持按键锁定功能。 17.工作过程中可随时暂停或终止程序。 18.输出回路接触不良或者负载电阻太大时显示屏有即时提醒功能 19.可视化电生理精准诊断软件系统≥2种，包括医用红外热像仪软件、低频神经肌肉治疗仪等配套计算机软件。 20.测温方式≥3种：点、圆形、矩形；鼠标点击出温度显示。 21.测温数据≥4种：背景温度、人体的平均温度、最高温度、最低温度。 22.温度标识：实时标示出人体最高温度与最低温度值。 ▲23.可视化电生理精准诊断参数：内置不少于疼痛、循环、横纹肌、平滑肌、神经等5大类不同人体组织电生理检测参数；支持临床按疾病发病机理，个性化编辑及自定义电生理诊断参数。 ▲24.设备主机内置治疗程序≥7个，电生理精准治疗方案≥800个 25.电生理治疗设备具有≥4个电刺激通道。 26.治疗设备参数均可与可视化电生理精准诊断系统相匹配。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：离子色谱仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1.可用于阴离子（如：F-、Cl-、Br-、BrO3-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-、）及阳离子（如：Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等）的检测分析 2.高性能/低脉冲双柱塞泵，采用惰性全PEEK泵头、PEEK管路，适合于pH为0～14的

1	淋洗液及反相有机溶剂 3.全PEEK泵流量：（0.001~10.000）mL/min 4.泵头耐压：（0~35）MPa 5.流量设定误差：±0.1% 6.压力脉动：<0.25% 7.高性能低脉冲电导检测器（可插拔式） 8.(1)基线噪声：≤0.0002μS/cm (2)基线漂移：≤0.0004μS·cm-1/30min 9.配套工作站及数据图文输出设备 10.电导池体积：≤0.4μL 11.电导检测范围：0-40000μS/cm 12.检测器分辨率：≤0.002nS/cm 13.电导池温度设定误差：±0.01℃ 14.抑制器类型：电解自动再生膜抑制器 15.抑制容量：≥150ueq/min 16.抑制器使用寿命在线监测 17.风浴热循环加热柱温箱，具有淋洗液预加热功能 18.温度范围：室温~60℃ 19.控温度稳定性：≤0.1℃ 20.阴离子色谱柱，色谱填料为聚合物材料，可用于食品、药品、环境、水质等样品中常规阴离子和消毒剂副属产物的检测。阳离子色谱柱，可用于检测环境，药品及食品中Li⁺，Na⁺，NH₄⁺，K⁺，Ca²⁺，Mg²⁺及有机阳离子等 21.工作方式：极坐标定位方式，注射泵定量取样方式，具有满环进样、部分进样及无损进样等可选模式 22.样品位数：≥100位，满足仪器连续24小时不间断运行需求 23.具有缺瓶报警、漏液报警开关门感应灯自动化智能化功能 24.进样针清洗：具有独立清洗内/外壁洗针位，不限次数内外针清洗并具有吹干功能，可在样本间或每一针之间选择是否清洗 25.进样盘自由搭配，同一进样器可实现两种不同的进样瓶同时存在 26.可同时安装4mL，2mL样品盘 27.可实现双通道进样分析 28.可实现在线稀释，在线标准曲线配置等功能 29.保护淋洗液，避免吸收空气中的CO₂ 30.流量范围:0.001~3.000ml/min 31.电解液体积:≥900mL 32.梯度准确度：≤1.5% 33.图形化全反控界面，提供适实时分析条件参数和分析结果、在线修改和采集各部件工作参数、自动进行快速数据采集和处理、具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：三维运动混合机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.料筒容积(L)≥45L 2.最大装料容积（L）：30L 3.最大装料重量(kg)：20kg 4.主轴转速(r/min)：15-25r/min 5.电机功率(kw)：≥1 kw
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台式高速冷冻离心机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.最高转速≥16000RPM 2.最大离心力≥25000xg 3.最大容量:6×50ml 4.控温范围：-20℃到40℃ 5.具有转头自锁功能：无需工具安装 6.速度精确度：±20 rpm 7.多级加减速速率可选：9级加速，10级减速 8.具有转头自动识别功能，机器可以自动识别 9.转头：48×1.5ml一个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：鼻功能诊断系统等设备

标的名称：鼻功能诊断系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.鼻声反射仪发声器的频率20Hz~2000Hz 2.鼻声反射仪有效测量范围0-12cm段，测量重复性≤3% 3.鼻声反射仪校准管容积有效测量范围0-12cm段，显示应在14.76cm ³ ±3% ▲4.鼻声反射仪系统可自动计算鼻腔容积值、面积值、距离值及鼻腔改善百分比值 5.鼻声反射仪面积测量范围0-8cm ² ，长度测量范围0cm-10cm 6.鼻阻力仪压力测量及流量测量误差±3% 7.鼻阻力仪压力测量范围-750Pa~+750Pa,流量测量范围-700mL/s~+700mL/s 8.鼻阻力仪工作站可自动比较两侧鼻腔阻力大小及自动计算误差值 9.鼻阻力仪可测试特定压力75Pa/150Pa下鼻腔流量值及阻力值 10.鼻阻力仪可测试连续压力（Broms）测试吸气阻力值和呼气阻力值 11.鼻阻力仪工作站具有自动识别鼻阻塞程度级别的功能 12.鼻阻力仪采用呼吸面罩进行精确诊断测试及采用橄榄头进行筛查检查 13.鼻阻力仪具有两种标准测量：1984年四象限鼻阻力及2010年4相位鼻阻力 ▲14.鼻阻力仪具有两种方法测量：标准的前端测量及精确的后端测量 ▲15.鼻阻力仪所采用的橄榄头可高温高压消毒，非一次性使用 16.鼻阻力仪兼容鼻呼吸量仪测试，可左、右鼻腔呼吸总容量值（呼吸一次或者一定时间内均可） 17.鼻呼吸量仪可计算鼻中隔偏曲程度NPR值以及鼻通气外科手术治疗建议结果 18.鼻阻力仪可兼容嗅觉测试功能，可客观评估嗅觉情况 ▲19.嗅觉软件自动计算嗅觉刺激前后流量改善百分比值 20.设备使用年限≥8年 21.工作站要求：CPU：≥3.3GHz；内存：≥8G；硬盘≥512G彩色液晶显示器：≥23英寸，分辨≥1920×1080P；彩色图文输出设备：≥4色,工作站无需连外网，可单机使用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电针仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.输出通道：≥四路输出，独立可调 2.输出波形：连续波、断续波、疏密波三种 3.连续波参数：频率0.8Hz~100Hz 4.断续波参数：断续周期6s可调 5.疏密波参数：疏、密波变换周期6s可调 6.输出模式：≥二种 7.电极线误用提示功能：误用提示功能 8.毫针电极输出强度：范围0~21V以内，（负载阻抗250Ω） 9.皮肤电极输出强度：0~40V以内，允差±30% 10.治疗时间：≥三档可调，允差±10% 11.使用年限：≥5年
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能艾灸仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.使用电源：AC 220V，50Hz 2.输出通道：双通道及以上 3.支架高度调节范围：支架高度可调节，调节范围≥460mm 4.显示方式：具有显示和设置功能 5.治疗头：治疗头可多方向旋转调节 6.红外光波长范围：760nm~1000nm 7.输出光功率：最大输出光功率≥8W 8.艾灸加热温度：艾灸加热温度可调，调节范围≥30℃ 9.工作时间：治疗时间1~60min可调 10.温度保护装置：具有超温保护功能 11.防倾倒保护功能：具备防倾倒保护功能 12.使用年限：≥5年
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灸疗机器人

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.电源：220，50Hz ▲2.具备点击快速定穴功能 3.设备需具备传感器≥3 4.距离跟踪：可识别人体曲面或者高度随进行艾灸服务 5.测距距离：区间30cm ▲6.设备需具备 移动平板或者手持遥控器 7.机械臂：≥六轴自由度机械臂 8.艾灸手法：最少5个类型 9.定时功能：可调节 10.设备具备对工作燃烧过程中产生的烟雾进行除烟或者净烟功能 11.除灰功能：具备自动或者定时清除艾灰功能 12.急停开关：紧急停止功能 13.患者在治疗过程中可以听音乐放松 14.噪音：60dB（A）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蜡疗治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.融料箱融蜡温度范围：0-99℃，步长1℃；恒温箱温度范围：0-99℃，步长1℃； 2.恒温箱传感器温度精度±3℃； 3.1-11盘的每个托盘上均有导流口，12盘无导流口； 4.托盘设计：托盘导流口≥11mm； 5.蜡饼制饼方式：双恒温箱具有1-6、1-12、1-18、1-24四种制饼方式； 6.制饼盘数：一次最多可以制作24盘蜡饼； 7.控制系统：具有两块主板和两块屏幕，主屏10寸、副屏8寸设计，独立控制恒温箱制饼操作； 8.具有两个独立恒温箱； 9.六种制饼模式可选：立即制饼、预约制饼、假期制饼、手动制饼、恒温、手动排料制饼六种模式； 10.全自动模式：可实现全自动融蜡、放蜡和制作蜡饼，无需人工接蜡、放蜡； 11.假期恒温：可设置假期恒温时间，假期制饼时由待机状态自动变成恒温； 12.过滤方式：双重过滤； 13.安全性设计：融料箱采用气弹簧开盖方式，具有语音报警、界面提示、温度、过温、过载、短路、漏电、接地等多重安全保护功能； 14.具有紫外线、高温两种消毒方式； 15.融料箱具有钢化玻璃观察窗和照明灯功能； 16.手动补蜡功能，同时具有排水功能；
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：中医经络治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.设备设计形态：主机一体设计 2.核心检测穴位数量：可检测人体≥20个经络穴位 3.穴位定位与交互功能：穴位采集图示靶向定位功能，检测过程提供智能语音管理 4.报告输出核心内容：可输出经络平衡参数（传导系数、左/右、阴/阳、上/下、自律神经、甲状腺指数、新陈代谢指数）、分位经络值、检测结果对比趋势图、治疗干预指南、专家建议、个体化养生干预方案 5.核心检测指标：可检测甲状腺指数、经络平衡指数、千分位经络值 6.配套服务与拓展功能：数据备份及恢复服务，远程会诊功能 7.阻抗测量范围：90Ω至10MΩ 8.测量精度与误差：测量误差≤5%，平均相对偏差≤0.5% 9.检测电极阻抗：≤1Ω 10.信号检测电流：≤0.6mA(r.m.s) 11.检测电压：≤35V ▲12.检测电极尺寸：有效直径为3mm, ★13.辅助电极尺寸：有效面积不小于300mm²

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：中医四诊仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.设备组成：设备由主机、预装软件、各级采集器及配套附件组成 2.体质辨识标准：符合中华中医药学会标准ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》要求 3.体质辨识量表：可针对不同场景选择体质辨识问诊量表 4.体质检测结果：可根据体质检测结果 5.个体化养生干预：能开展个体化中医养生干预服务 6.养生干预方案：包含饮食调理、经穴养生、运动调理、食疗食谱等内容 7.采脉方式：气动无极梯度加压模式 8.脉图采集：脉图采集界面中可实时显示静压值 9.采样精度：主机采样率≥12位精度 10.传感器灵敏度：≥2.3mv/g 11.快速泄压功能：正常状态及单一故障下，12s内将外加力学量泄放到2.5kPa以下 12.安全性：腕带与传感器之间具有分体式结构 13.光源环境：模拟日光光源，球面无影光源，照明光源为LED灯 14.光源显色指数：≥80
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中医体质辨识仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.设备设计形态：立式结构 2.显示与交互硬件配置：≥19寸触摸屏 3.核心检测标准依据：依据中华中医药学会标准《中医体质分类与判定》、中医药健康管理服务技术规范-老年人中医药健康管理服务要求制定 4.体质辨识覆盖范围：可覆盖普通人群、65岁及以上老年人群、0~6岁儿童、孕产妇、高血压人群、糖尿病人群 5.体质判别能力：自动判别九种体质结果 6.核心软件功能模块：具备中医体质辨识与养生方案指导系统、中医医用经典处方系统、慢性病中医药健康管理系统、中医治未病大数据挖掘与健康管理系统 7.个体化养生方案能力：提供个体化辨体施养方案，包含四季食疗养生、运动养生，经穴养生，膳食养生等内容 8.报告输出与问诊功能：可得出检测者体质类型，提供体质特征、成因解读、易发疾病风险预警 9.数据管理与系统扩展能力：可实现治未病大数据挖掘，支持慢性病健康管理 10.资质与认证要求：具备中医体质辨识与养生方案指导系统、中医医用经典处方系统、慢性病中医药健康管理系统、中医治未病大数据挖掘与健康管理系统软件著作权登记证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包3：经颅磁刺激及导航系统等设备

标的名称：定量脑电图+事件相关电位

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、技术要求 1.电压测量：误差±10% 2.共模抑制比：≥110dB ▲3.噪声水平：≤1.0μV(峰-峰值) 4.通道数：32通道信号采集，包括脑电20道（含16导脑电+4道中线电极）、2导耳电极参考、VR电极参考、2道独立蝶骨电极通道、8对双极生理通道。 ★5.幅频特性：0.5Hz~120Hz。 ▲6.监测参数：脑电（EEG）、心电（ECG）、无创血压（NIBP）、血氧（SpO2）、呼吸（RESP）、脉率（PR）、体温（TEMP）、肌电（EMG）、眼电（EOG）等模块集成在监护仪内，为一体化设计。 7.中央主机系统：中文操作系统，≥24寸液晶显示器，CPU：≥2.5GHZ、硬盘：≥1T内存：≥16G。 8.多参数监护仪：具备紧急状态报警；可与中央主机之间的连接、配合使用，有监护、显示、报警、等功能 9.打标器：具备8个事件按键用于事件标记与反应性试验标注。（要求提供打标器的实物图片证明） 10.视频监控：对病员进行视频监控，与所有监测参数同步记录并显示，多种视频配置可选。其中摄像机为高清网络数字摄像机，可以做画中画处理。 ▲11.睡眠监护功能：含PSG盒：含眼电（2导）、肌电（4导）、口鼻气流（热敏）、鼻气流（压力）、胸式呼吸（压力气带）、腹式呼吸（压力气带）、鼾声、体位监测等。含睡眠呼吸暂停综合征自动分型及手动调整，用于睡眠呼吸暂停的监测与诊断。（要求提供睡眠呼吸暂停分析软件功能和报告病例分析图） ▲12.脑功能分析软件（提供具体每项脑功能分析软件功能病例分析图）：脑功能状态综合评价、脑功能综合指数分析、半球复杂度分析、加权趋势分析 ▲13.定量脑电分析：具备绝对频带能量、相对频带能量、频谱熵、aEEG振幅整合分析、对称指数、阿尔法变异、爆发抑制、正常人参照值对比分析、定量频段比值分析，如ADR，ATDR等（提供具体每项量化脑电分析软件功能病例分析图） ▲14.实时动态脑电能量地形图功能：具备实时动态脑电能量地形图和背景地形图进行实时对比分析，方便观察病人各脑区的脑电成分随时变化情况，结合影像检查，给医生提供病情的临床依据；（提供实际运行软件截图证明） ▲15.脑电刺激反应性试验功能：具有EEG-R脑电刺激反应性试验功能，并具有脑电的量化结果实时显示和量化结果导出功能（要求提供实际病例的软件功能运行示例图） ▲16.脑电神经网络AI辅助分析功能（提供具体以下几项内容的软件功能病例分析图）： ： 含脑电癫痫样放电自动检测（含尖波、棘波、尖慢、棘慢、尖棘慢、多棘慢等波形自动检测）；电发作（含非惊厥型癫痫发作及持续状态）自动检测；含伪迹的自动检测功能；含背景成分自动分析；睡眠成分自动检测、提示；重症脑电成份自动提示，如周期性放电、节律性慢波等； ▲17.脑功能评级功能：具备阶段性的Synek脑功能评级功能（要求提供具体软件功能实际病例分析图） ▲18.报告系统：具备阶段性自动量化脑功能报告系统（要求提供具体软件功能实际病

		例分析图) 二、具体配置 1.工作站（CPU：≥2.5GHZ、硬盘：1T，内存：16G）：1台 2.多参数监护仪：1台 3.视频模块：1套 4.睡眠组件：1套 5.可移动台车：1台 6.彩色图文输出设备：1台
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：经颅磁刺激及导航系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲1.一体式可推移整机结构。 2.冷却系统：液态内循环冷却系统。 3.操作系统，工作站承载管理软件，非一体机或触摸屏。中文操作系统支持脱离磁刺激主机独立使用 4.刺激强度：1.0～6T连续可调。 5.磁感应强度稳定输出允差：±5%。 6.磁感应强度变化率：≤80kT/s 7.脉冲上升时间：≤85μs 8.输出脉冲宽度：≤360μs 9.刺激频率：0.1～100Hz可调 10.脉冲频率允差值：±2%。 ▲11.磁刺激线圈表面温度≤40℃ ▲12.刺激线圈：线圈全封闭一体式工艺，双面双向无孔设计，加工一次成型 13.3个线圈：标配盘式深部线圈拍，刺激深部≥6cm；圆形和八字形拍各一副。 14.具有电动吸液和电动排液功能。 15.检测模式：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测（CSP）、不同脑区抑制、易化（IHI\IHF）的检测功能。 16.双通道MEP检测功能，采样率≥115KHz。 ▲17.传输方式：有线传输内置MEP模块（MEP模块集成于机箱内部），信号稳定无需充电（非外挂式无线MEP模块） 18.分辨率：≤0.1μV。 19.频率测量范围：1Hz～25KHz。 20.刺激模式：单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）。 ★21.支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲。 22.触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs，幅度5V±0.5V。 23.触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V的信号，能被触发 24.操作软件上调节触发输入延时时间，软件在0～500ms范围可调。

		25.操作软件上调节触发输出延时时间，软件在-500～500ms范围可调。 26.设备使用年限≥10年 27.通过机器视觉点云定位，多维度人脸识别自动配准，无需对人头进行手工标定。视觉定位技术智能融合红外光学导航技术，实现在亚毫米级范围内追踪患者头部及线圈位置。 28.患者及线圈追踪标记：标记球采用无线设计，追踪器可以完全自由移动。 29.支持共性头模：软件包含基于各年龄段MRI数据的共性头模。 30.支持个性头模：可导入个人的MRI图像。支持标准的DICOM、Nifiti格式，软件将自动计算并重建个体头颅的3D模型。 31.软件支持多个核磁数据并行处理且处理时间不变。 32.刺激重复性：可保存TMS刺激靶点和线圈位置信息，保证患者首次治疗和二次治疗的定位准确无误。 33.摄像头精度≤0.2mm； 34.兼容多种TMS常规刺激线圈：圆形、八字形、双锥形等刺激线圈 35.支持双线圈同时追踪导航，同时管理成对脉冲刺激。 36.位置偏离预警：记录刺激线圈三维坐标，与大脑皮层的距离、线圈的角度等，当刺激线圈偏离预设刺激靶点时，系统会给出提示。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：经颅磁治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	▲1.一体式可推移整机 2.冷却系统:具备高效散热能力，设备可长时间高功率持续稳定工作，温升可控，不易过热保护停机，满足门诊高频次连续治疗需求。 ▲3.操作系统：工作站承载管理软件，非一体机或触摸屏。中文操作系统，支持脱离磁刺激主机独立使用。 4.刺激强度：1.0-6.0Tesla连续可调； 5.磁感应强度稳定输出允差：±5%（检测报告证明）； 6.磁感应强度最大变化率：≤80kT/s 7.脉冲上升时间：≤85μs 8.输出脉冲宽度：≤360μs 9.脉冲频率允差值：±2% 10.在设备连续工作中，可以通过按下设备面板上的停止开关，仪器立即停止输出。 ▲11.磁刺激线圈表面温度≤40℃ ▲12.刺激线圈全封闭一体式工艺，双面双向无孔设计，加工一次成型 13.具有电动吸液和电动排液功能。 14.检测模式支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测（CSP）、不同脑区抑制、易化（IHI\IHF）的检测功能； 15.双通道MEP检测功能，采样率≥115KHz。 ▲16.传输方式：有线传输内置MEP模块（MEP模块集成于机箱内部），信号稳定无需充电（非外挂式无线MEP模块） 17.分辨率：≤0.1μV。 18.频率测量范围：1Hz~25KHz 19.刺激模式：单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）。 ★20.支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲。 21.支持双线圈成对刺激，成对脉冲最小时间间隔≤0.1ms，双线圈成对脉冲时间间隔范围-31s~31s内可调，步长1ms。 22.触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs，幅度5V±0.5V。 23.触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V的信号，能被触发。 24.设备使用年限10年 25.项目中所有涉及连网的设备，连网所涉及的一切费用均由供应商承担
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：经颅直流电刺激 仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.注册证适用范围：适用于对脑损伤引起的运动功能障碍、语言障碍、吞咽障碍进行辅助治疗，以及辅助治疗或缓解认知障碍、失眠症状。 2.分体式结构，包含工作站、刺激器。治疗方案可以通过无线传输通信下发到终端。 3.治疗时间在0s~60min 范围以内可调。 ▲4.电流强度：最大为2.5mA。 5.具备tDCS经颅直流电刺激模式。 6.刺激器与工作站均可切换刺激模式，刺激器通过按键进行模式切换。 ▲7.电流强度范围：0-2.5mA连续可调。 ▲8.具备预刺激功能。 9.具备渐入渐出功能。 10.具备阻抗测量功能。 11.具备低电量保护功能。 12.具备患者管理功能。 13.具备方案管理功能。 14.具备图文展示功能。 ▲15.产品使用年限：≥8年
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：睡眠治疗仪（经颅电刺激仪）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.联合疗法：经颅电刺激功能和认知障碍评估训练功能应互不干扰，应可同时实现经颅电刺激及认知障碍评估训练功能。 2.通道数量：≥2通道，可同时治疗2名患者互不干扰，后续可增配至≥30通道。 3.传输方式：WiFi传输，传输距离≥15m，可通过WiFi发送电子处方或训练任务并监控刺激器和训练端的实时状态 4.刺激模式：≥5种刺激模式，需涵盖tDCS、tACS、tPCS、tRNS、CES等刺激模式。 ★5.输出电流：最大输出电流≥4000μA ▲6.电流误差：输出电流≤100μA时，误差：≤5%；输出电流＞100μA时：误差：≤5μA ▲7.tPCS脉宽：tPCS脉宽在100μs~2500μs范围内可调，步进50μs，误差：≤3%。具有单双相切换输出功能。 ▲8.CES脉冲群宽度：CES脉冲群宽度：9s，误差：≤1%；脉宽：0.25s、0.5s、0.75s、1s，误差：≤1%。 ★9.最大输出电压：≤30V 10.阻抗检测：tDCS模式下实时阻抗检测，在3kΩ~40kΩ范围内，阻抗检测误差：≤5%。 11.服务端软件功能模块：应至少包含数据分析、科室管理、病历管理、报告管理、评估训练、任务管理、刺激管理、处方管理等模块 12.服务端刺激管理模块：具备同时管控不少于30台刺激器的功能，可实时监控刺激器状态和执行电子处方分发功能； 13.场景评估：场景评估块共计≥28项快速测评场景，基于“注意”、“记忆”、“执行功能”、“处理速度”、“视觉空间”和“社会认知”6大类进行设计，实现快速评估功能。 14.量表评估：≥100份量表及范式 ▲15.训练模块：根据治疗类型≥4个治疗模块，应涵盖“工作记忆训练”、“计划训练”、“认知灵活性训练”、“社会认知训练”等，每个模块≥6项不同的认知训练场景，共计≥28款训练场景，每个训练≥50个不同难度的矫正任务，难度等级≥50级，共计≥1500余项，认知训练场景全过程难度自适应及循序渐进。 16.训练方案：应具备根据评估结果自动生成训练方案的功能 17.用途：适用于康复科、儿科、老年科、精神科疾病引起的轻度认知障碍、失眠、运动功能障碍、语言障碍(失语症)、吞咽障碍的辅助治疗，产品含有认知障碍评估训练软件，适用于轻度认知障碍的评定。 18.设备使用期限：≥8年
---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包4：红外热成像仪等设备

标的名称：冲击波理疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.设备设计形态：主机一体设计 2.核心工作原理：气压弹道式原理 ▲3.工作压力范围：1~4.0bar ★4.最大能量密度：≥1.8mj/mm² ▲5.冲击频率范围：1~20Hz，调节步进值0.5Hz ★6.冲击次数范围：≥9000次 ★7.治疗输出模式：≥2种 8.操作显示系统：8英寸液晶触摸屏 9.输出通道数量：单通道冲击治疗 ★10.治疗头/传导子配置：≥6个传导子 11.核心安全装置：双重过压安全装置 ★12.内置处方与治疗图谱：带有人体治疗部位选择图，有治疗处方 13.额定输入功率：≥550VA ▲14.治疗枪设计与减震功能：冲击波手枪具有减振功能，有独立减震硅胶软握把设计 15.智能化管理功能：具有计数、显示和重置功能 16.气压系统配置：对压缩空气除水并自动排放功能 ▲17.设备使用寿命：≥5年
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冲击波治疗仪（气压弹道式体外冲击波治疗仪）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.用途：用于各种肌筋膜疼痛综合征激痛点引起疼痛的治疗，促进组织修复，松解黏连等。 ▲2.通道数：≥2个。 3.工作压力调节范围：1~4Bar；调节步长：0.1Bar； 4.工作频率调节范围：1~20Hz；调节步长：1Hz。； 5.治疗冲击波次数调节范围：100~10000；调节步长100次； 6.彩色液晶触摸显示屏：≥10英寸。 7.最大能流密度：≥1.8mj/mm2。 8.标准手柄冲击波输出脉宽：≤4ms。 9.可伸缩手柄冲击波脉宽：≤7ms。 10.手柄计数：治疗手柄具有独立计数功能，记录并实时显示子弹体与治疗头总碰撞次数 11.治疗头连接：治疗头与手柄主体弹性连接，治疗头可压缩。 ★12.治疗头使用寿命：治疗头有效使用寿命≥600万次，且在整个周期内设备的输出能量密度符合要求，需提供相应的佐证文件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多通道生物反馈治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.主机便携性：主机便携性设计 2.通道数量：独立通道 3.屏幕：触摸屏 4.反馈阈值：10～800μV 5.分辨率(测量灵敏度)：≤2μV 6.通频带：20Hz～500Hz 7.AD采样率：≥4000Hz 8.AD采样位数：≥10位 9.系统噪声：≤1μV 10.共模抑制比：>100dB 11.输出频率：1Hz～100Hz 12.输出强度：1mA～50mA可调 13.输出波升时间：0s～5s，步进1s 14.输出刺激时间：1s～20s,步进1s
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：红外热成像仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.探测器类型：红外探测器类型：非致冷焦平面红外探测器 ▲2.帧像素：红外摄像帧像素：≥640×288×14Bits 3.工作波段：红外摄像工作波段：8-13μm 4.温度分辨率：温度分辨率：NETD≤0.06 °C 5.测量温度范围：温度测量范围20°C-55 °C 6.瞬时视场：瞬时视场：≤1.4mrad 7.视场角（水平方向、垂直方向）：视场角：水平方向18°-22°；垂直方向26°-32° 8.图像场周期：图像场周期：≤60ms ▲9.成像工作距离：红外成像工作距离0.5m~5m 10.温度测量重复性：测温重复性δ应不大于0.2°C 11.红外摄像机应具有上下、左右摆动功能以及摆动角度范围：红外摄像球机摄像头具有上下、左右摆动功能，并且任意工作位置均能可靠锁止，左右摆动夹角≥30°上下摆动夹角≥30° 12.摄像支架台车具有显示装置，内置动画软件指导拍摄的功能要求：摄像支架上应具有液晶显示屏，尺寸不低于21英寸，配备动画演示软件和语音指示功能，指导拍摄动作，显示拍摄界面 13.电脑配置：标配 14.图文输出：图文输出 15.配置检查舱体及尺寸要求：具有专用检查舱体，舱体组件尺寸（长×宽×高参考尺寸：300cm×130cm×220cm） 16.检查舱内辅件配置要求：舱体辅件配置要求：内置集成LED灯、排风扇一体机、衣帽架、折叠式凳、抗菌皮质地毯等。 ▲17.出具报告类型：医用红外热图报告系统：应具有不限于体检报告、中医体质报告、疼痛专科报告、中医辨证报告系统。 18.温度测量功能：医用红外热像仪软件具有温度测量功能：可对红外热图的任意点、圆形、矩形、多边形区域测量温度平均值、温度最高值、温度最低值。 19.图像处理与显示功能：医用红外热像仪软件图像处理与显示功能：具有多图显示功能；不少于8种窗宽显示图像；可选不同图像显示色标，可选色标不少于16种；具备图像背景剔除功能。 20.图像分析功能：医用红外热像仪软件图像分析功能：图像具备设置网格线（16×16）显示；图像具备垂直对称轴显示功能，选定测量区域可自动镜像到对侧位置 21.生成报告功能：医用红外热像仪软件生成报告功能：具有查询检索报告功能；具有选择添加图像功能；报告中测量区域温度数值应包括测量平均温度值 AAT 和平均温差值 ART、最高值温度值 HAT 和最高温差值 HRT、最低温度值 LAT 和最低温差值 LRT；生成报告中包括健康评估提示和综合建议。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：上下肢主被动训练仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		▲1.具备上肢水平、垂直及下肢运动训练功能 2.被动、助力、主被动、主动、等速 5 种模式 3.高度调节 0~150mm, 支持电动升降 4.≥15 英寸高清屏, 分辨率≥1280*720, 水平旋转≥90° 5.显示时间、模式、阻力、转速、方向、肌力、肌张力、对称性 6.训练界面不少于 2 种情景互动 7.阻力调节范围 0~20 档 8.具备手动急停保护功能 ▲9.可分别进行上肢、下肢或上下肢交替运动想象训练, 支持预留端口或外接设备实现运动想象 10.支持 WIFI、USB、蓝牙、HDMI 11.扶手、托手套、小腿固定带、固定支架、脚套 ▲12.可配备数字化脑电图仪, 脑电数据互联, 训练端实时显示运动想象得分, 可提供脑电分析报告, 可实时检测脑电帽电极脱落状态, 脱落即时界面提示 13.语音播报操作指引及异常提示 14.痉挛保护高 / 中 / 低 / 关闭四档灵敏度 15.查看、新增、修改、删除患者信息 16.查看、新建、修改、删除方案; 自定义方案、自动保存历史
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 双下肢主被动训练仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲1.适用床旁操作场景, 具备下肢康复训练的功能 ▲2.具备被动、助力、主被动、主动、等速 5 种模式 ▲3.高度、横向力臂伸缩≥180mm, 电动升降 4.≥15 英寸, ≥1280*720, 水平旋转≥90° 5.显示时间、模式、阻力、转速、肌力、肌张力、对称性 6.5 r/min~60r/min, 步长 1r/min 7.限制下肢最大转速 120r/min ▲8.训练界面≥ 2 种情景互动 9.可正反转, 定时自动 + 手动切换 10.阻力调节范围 0~20 档 11.配备手动急停保护 12.痉挛高 / 中 / 低 / 关闭, 声音 + 图标提示 ▲13.支持康复评估、VAS 量表疼痛评估、康复训练 14.支持 WIFI、USB、蓝牙数据传输 15.可选小腿固定带、固定支架、脚套 ▲16.可选配外接脑电采集分析系统, 脑机控下肢 17.具备语音播报指引、异常提示 18.被动训练下肢电机动力最大输出≥16Nm 19.定时 0~120min可调。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：中频治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.使用电源：交流电压220V 2.显示方式：≥8寸液晶触摸显示 3.输出通道：4路输出通道 4.中频频率：1kHz~10kHz 5.调制频率：0~150Hz 6.中频载波波形：双向方波，脉宽50us~500us，调制波形含正弦波、方波、三角波、指数 7.波、锯齿波、尖波、等幅波 8.中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100% 9.固定处方数量：≥60个固定处方 10.中频输出电流：在500Ω负载下，每路输出电流≤100mA，输出强度可调 11.输出电流稳定度：不同负载下输出电流变化率≤10% 12.中频输出峰值电压：开路条件下中频输出峰值电压≤500V
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包5：生物反馈治疗仪等设备

标的名称：24小时动态心电图机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1.技术性能：电源：DC1.5V，1节AAA电池 2.记录时间：连续记录≥72小时 3.重量：≤70g（带电池） ▲4.导联(通道)：12导，3导 5.频率响应：0.05~65Hz 6.输入阻抗：≥30MΩ 7.共模抑制比：≥100dB 8.采样率：128~1024次/秒/通道 9.显示：LCD显示文字和波形，支持中、英文切换 10.转换精度：12或16位 11.实时时钟：年、月、日；时、分、秒 12.导联线：10芯、5芯、7芯 13.软件分析功能： （1）模板分析：根据病人实际波形逐跳进行模板分类，模板数目因人而异而非固定，确保异常波形疏而不漏；图形学再分解，可对形态相同、定义不同的心搏进行再分类及定义编辑 （2）智能化室上性早搏分析：具有专业分析工具，医生可根据N-N间期比例直方图，配合同步SVE事件回顾及心电图，根据病人实际波形随时确认并调整提前量 （3）自动及手动房颤房扑分析：可用区域划分的方法手动做阵发性房颤及房扑的分析

1	编辑；采用自动房颤检测功能，提高阵发性房颤编辑效率 （4）起搏器分析：可做真正的起搏器分析，根据起搏参数统计起搏失败、输出失败、感知过度、感知失灵；起搏采样率$\geq 32000\text{Hz}$，独立起搏通道 （5）ST段高分辨率波形测量：对正常QRS波做实时高分辨率波形测量，保证测量准确性；测量点可根据波形手动调整 （6）条图编辑：灵活的条图编辑功能 （7）事件分析及定义：对传导阻滞及暂停事件可通过定义R-R及N-N间期(例如大于2000ms)，快速统计所有相关事件 （8）分析及测量工具：心电波形上可实时测量并显示R-R间期数值；提供角规测量功能，医生可实时测量任一间期 （9）打印功能：全面支持打印预览，打印网络及光盘刻录系统，彩色打印与纵向即时打印 （10）心电数据管理：Holter数据可输入网络心电信息系统，实现网络共享及无纸化办公 （11）直方图：将24小时RR间期直方图用不同颜色显示，可选择任意时刻任意RR间期的QRS进行快速编辑 （12）反混淆：二次归类自动反混淆，与图形叠加反混淆 （13）心率趋势图：以时间为横轴，心率为纵轴，将一段时间内心率数据以曲线形式呈现 （14）直方图编辑：手动选择指定时间、指定RR间期范围内的QRS，对QRS属性进行编辑 （15）多通道分析：多通道分析，选中的三个通道即使只有一个通道有QRS，系统也不遗漏 （16）QRS批量智能插入：对于所有通道都为直线的区域，能够根据智能插值算法动态批量插入QRS （17）远程动态心电网络：提供院内动态心电设备互联，院外远程会诊网络系统 （18）高级分析功能：心率变异性分析、心率震荡分析、T波电交替分析、心向量、心室晚电位、QT分析、心率减速力、瀑布图等 （19）散点图：提供整体散点图反向混沌技术，时间分段散点图技术，分时散点图技术 （20）报告自定义：可自定义报告打印项目、页边距、字体、行距、图条打印通道和长度等信息，支持单通道长时间打印 14.配置要求：主机、导联线、碱性电池、SD读卡器、光盘、皮套、肩带腰带、便携产品箱包、说明书、保修卡（含合格证）、货物验收单
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：半导体激光治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.激光波长：650nm±20nm 2.功率输出：单只激光输出5mw±20% 3.探头输出：≥3路治疗通道 4.输出模式：≥2路治疗通道、可切换模式，删除治疗时间和治疗功率单独调节 5.功率档位：3档可调 6.定时设置：0~60 min 7.显示方式：液晶屏显示 ▲8.配套探头：鼻腔激光照射探头、耳道激光照射探头、咽部激光照射探头、体表激光照射探头
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便携式肌电图诱发电位仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.系统电压灵敏度：0.01μv/D—30mv/D 2.共模抑制比：≥125dB 3.扫描时程：1ms/D—10000ms/D，±5% 4.输入阻抗：≥5000兆欧，须提供检测报告以核对参数 5.频率为0.15Hz~20KHz 6.输入短路噪声：≤0.35μVrms，直接决定了肌电图信号的质量 7.输出电压：≤350V 8.可做MMC数据传输 9.系统电流刺激强度及误差要求：最大脉冲强度为100mA，误差要求控制在±5% 10.刺激波宽范围：40μs~1ms 11.刺激频率范围：0.1~110Hz 12.感觉神经传导速度检测 13.运动神经传导速度检测 14.F波检测 15.H反射检测 16.重复电刺激检测 17.植物神经检测 18.皮肤反应：评估自主神经系统的功能 19.表面肌电图 20.具有不同年龄阶段正常值分析模块 21.工作界面支持中文软件系统及全中文报告系统 22.软件内置产品检查参考值，根据不同受检者提供不同检查方案，并自动计算数值百分比 23.操作工作系统：具有一键恢复功能
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：超微粉碎机2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.出料量：4~8kg/h（视物料比重不同而定） 2.粉碎规格：30~200（目）本机自带筛片,304不锈钢冲孔圆孔，5套 3.进料粒度：60mm 4.主轴转速≥25000（r/min） 5.适用电压：220V 50Hz 6.总功率≥1.2kw 7.容量≥400g 8.粉碎仓直径×高度：177×118mm 9.噪音≤80dB（A） 10.设备表面材质：304不锈钢 11.接触物料部分材质：304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.波长范围：2~25um 2.输入功率：250VAX2 3.治疗头直径：≥200mm 4.辐射器表面温度：≤330℃ 5.支臂伸缩长度：≥680mm 6.定时方式：机械定时 7.过热保护装置：有 8.防尘防水等级：IP22 9.脚架：米字五轮
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电针仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.使用电源：AC220V、50Hz 2.输入功率：≤50VA 3.脉冲宽度：0.08ms~0.6ms 4.电针工作频率：2Hz、10Hz、50Hz、100Hz、循环频率 5.电针脉冲幅度：S150V（负载2500/500点） 6.定时时间：15、30、45 min 7.输出波形：双向对称充方波，脉冲宽度自动变化 8.有模式1和模式 2两种治疗模式可适用于不同应用情况 9.电针输出通道数：6通道输出，每通道可单独控制 10.显示方式：LED指示灯 11.样式：便携台式
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：动态血压记录仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.全玻璃面板，重量≤160g 2.OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果 3.扇形设计的袖带和手臂的贴合，袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带 4.灵活的数据传输方式，支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取 5.防水等级：IP22 6.供电要求：直流电源，2节AA电池供电 7.带电池仓拉绳 8.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析 9.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况 10.数据存储器：闪存储存，可存储≥450组数据 11.测量方法：示波法 12.量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa) ★13.压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg (0.67kPa)，最大标准偏差：8 mmHg (1.07kPa) 14.脉率测量范围：40 bpm~240 bpm 15.过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护 16.监测时长：24 h 17.监测间隔：5min、10min、15min、20min、30min、45min、60min、90min、120min 18.安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s 19.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库 20.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找 21.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具 22.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析 23.支持血压波形记录功能 24.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间 25.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置 26.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息 27.支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：高流量呼吸机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气 2.彩色触摸电容屏≥15英寸，分辨率≥1920×1080。支持手势操作 3.主机台车支持一键分离 4.主机净重≤12kg，提供佐证材料 5.采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min 6.通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C 7.具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能 8.无需外接设备即可支持升级内源性PEEP监测功能，提供佐证材料 9.呼吸同步增强技术，吸气和呼气灵敏度自动调节，且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度 10.呼吸机使用单管路，有漏气测量压力管，可测量病人近端压力并精准漏气补偿 11.具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥200L/min 12.无需外接其他设备即可支持氧疗模式下升级呼吸氧合指数监测、趋势以及自主呼吸率监测功能，并提供佐证材料 13.支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联 14.实时监测病人端泄漏量和总泄漏量。 15.主要设置参数： （1）持续气道正压CPAP：4～30 cmH₂O （2）吸气正压IPAP：4～50 cmH₂O （3）支持压力：4～50 cmH₂O （4）呼气压力EPAP：4～30 cmH₂O （5）潮气量：50ml～2500ml （6）压力上升时间：1～6档可调 （7）吸气时间：0.2～5s （8）延时升压时间：OFF，1～60min
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：各种罐疗器具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.罐体数量：所有罐体不同内径规格各一个为一套，交货数量如下：温阳罐（40套）、玻璃罐（200套）、陶瓷罐子（40套）、五行罐（40套）、抽气罐（40套）、硅胶罐（40套） 2.负压性能：负压35kpa～65kpa，预设负压静态保压≥20分钟 3.罐口设计：圆弧平滑，接触面大

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：各种灸疗器具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.材质安全要求：所有直接接触高温、靠近患者皮肤的部件，需采用食品级耐高温陶瓷、加厚304不锈钢或无甲醛实木材质，无有毒有害物质释放 2.脐灸器具配置：所有直接接触高温、靠近患者皮肤的部件，需采用食品级耐高温陶瓷、或无甲醛实木材质，无有毒有害物质释放，大（110mm）中(95mm)小(85mm).高度依次为70mm、65mm、60mm 3.铺灸器具配置：长条形铺灸槽长度覆盖40～80cm， 不锈钢防护网，可直接铺设艾绒、姜泥使用 4.葫芦灸器具配置：带万向固定支臂，出火孔数量3～5个，进气口可调节，天然葫芦款已做防裂碳化处理，树脂款可反复高温擦拭消毒，两款都要 5.多头手持雷火灸器具配置：适配直径2.8～3cm常规雷火灸条，2～4头可选，手柄重量≤300g，带防烫硅胶隔热，自带局部滤烟口 6.艾箱灸：大中小号20套，单个穴位艾灸盒40个，腹部、背部督脉、腰腿可适用。木头材质耐用，打磨光滑
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：恒温箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.温度范围：10℃～200℃ 2.温度波动度：≤±1℃ 3.温度均匀度：≤±2.0℃，药包受热一致。 4.报警类型：超温报警、温度探头损坏报警 5.内部容积（L）：≥200L 6.搁板：≥3 7.功率（W）：≥2000W
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：颈腰椎多功能牵引床（四维）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.电源：AC220V，50Hz 2.额定输入功率：120VA 3.腰椎牵引行程：腰椎牵引行程：0～200mm 4.牵引总时间：0～99min 5.间歇时间：0～9min，±5s 6.颈椎牵引力：0～300N，级差10N。 7.颈椎牵引行程：0～300mm±10mm。 8.腰椎牵引具有≥8种牵引模式 9.牵引力自动补偿功能 10.治疗方案：≥20种存储并读取
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：颈椎牵引椅（四维）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.电源电压：交流220V， 50Hz 2.额定输入功率：≥35VA 3.颈椎牵引力：0～300N 4.颈椎牵引行程：300mm以上 5.牵引持续时间：8min以上 可调节 6.具备对患者的保护功能，有应急泄压开关，牵引力软件硬件双重过载保护，思维角度限位保护成角-10° + 30°，平摆±20°、旋转±25° 7.具备角度可调节
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蜡疗治疗设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.额定输入功率：≥2600VA 2.熔蜡槽熔蜡温度范围：58℃～99℃可调，级差±1℃，实时温度显示 3.浸蜡温度：1～57℃可调，级差±1℃;默认设置为57℃,实时温度显示 4.温度保护：当第一路保护失效时，温度达到 60℃停止加热，并有声音提示 5.温度控制精度：±1℃ 6.外形尺寸：650×500×400 mm, 允差±10% ▲7.熔蜡槽容积：≥11L；熔蜡量：≥10kg 8.无水化蜡技术蜡电分离 ▲9.≤20分钟可以完全化蜡 10.具有自动开关机功能，可设定7天内工作参数，开机后自动工作 11.具有强制加热和停止功能 ▲12.具有漏电、超流、超压保 护装置、具有软件和硬件温度保护功能 13.可做浸蜡治疗，并配备超温保护
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蒙药药浴池（缸）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.长度≥160cm、宽度≥63cm、高度≥75cm /脚方≥65cm带盖熏蒸桶 2.价格包含配件：木桶+木盖子+PU皮头靠+内凳+外凳+下水阀+下水管
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：热奄包加热柜1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.设备名称及适用范围：恒温箱；对医疗物品进行恒温加热，恒温储存 2.容积：≥150升 3.温度范围：2～48℃可调节 4.门体要求：85%湿度无凝露 5.制冷制热方式：制冷系统与制热系统匹配，采用强制空气循环 ▲6.循环方式：采用新型多孔风道 7.显示方式：自动显示箱体内部温度 8.产品配置：主机1台；隔板3个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：热奄包加热柜2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.设备类型：台式医用热奄包恒温加热柜，用于中药热奄包预热恒温存放 2.容积容量：容积≥150L，可同时容纳≥20个标准热奄包加热 3.温控参数：温控范围40-85℃连续可调，控温精度±2℃，热风循环加热 4.内胆材质：内胆304不锈钢，搁板高度可调节 5.定时功能：支持0-240min定时加热+恒温持续加热模式 6.安全防护：超温断电保护、过热声光报警，密封保温门、外壳隔热防烫 7.操作面板：数字实时温度显示，带温度锁定功能 8.电气安全：整机符合医用电气安全国家标准
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙疗床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.电压：220V 2.额定功率：2000W 3.外形尺寸：长度≥2170mm、宽度≥1180mm、高度≥600mm 4.温度调节范围：1～70℃允差±20% 5.控制方式：液晶显示，按键设置 6.控制方式：液晶显示，按键设置 7.两种工作模式，白天治疗模式，和夜晚保温模式 8.安全配置：内置漏电保护、超温自动断电、定时自动开机、停机、隔热防护层 9.填充介质：天然矿物理疗沙 10.床体材质：环保实木框架、耐高温保温层、绝缘加热层，防潮、防腐蚀、耐高温
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：生物反馈治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	▲1.主机具备4个电刺激通道、4个肌电采集通道、1个压力反馈通道，压力通道具备独立接口 2.设备主机采用键盘鼠标操作，可打字录入信息，非触摸屏操作 3.用物理旋钮或物理按键调节电流强度，每个通道均具备各自独立的旋钮或物理按键控制 ▲4.具备盆底表面肌电标准评估功能，肌电报告中测试值指标≥14项 5.低频刺激频率：0.5Hz～600Hz可调，步进0.1Hz 6.低频刺激强度：0～100mA，步进0.5mA 7.电刺激基础输出波形：三角波、方波、正弦波、指数三角波、梯形波、马鞍波、CI波、CS波等波形 ▲8.中频刺激频率：1kHz～12kHz±10% ▲9.压力模块测量范围为0～400mmHg，测量分辨率为0.1mmHg 10.数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形 11.系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告 12.系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器 13.具备盆腹动力评估功能，≥3种评估功能，包括盆底表面肌电快速筛查、标准筛查、标准评估等 14.差模输入阻抗：≥5MΩ。 15.分辨率：≤0.2μV 16.肌电采集测量范围：1μV～2900μV 17.输出脉冲宽度：50μs～3000μs可调，步进10μs 18.系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：双通道输液泵（注射泵）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.双通道为主机一体化，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关 2.注射精度±1.8% 3.速率范围： 0.01~2300ml/h 最小起始流速和步进流速均为 0.01ml/h 4.快进流速范围：0.01~2300ml/h， 具有自动和手动快进可选 5.可自动统计四种累计量：24h 累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 6.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、 10ml、20ml、30ml、50ml、60ml 7.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推 8.种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA 模式 9.支持升级镇痛药、化疗药、胰岛素输注 10.可选 TCI 模式，TCI 模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型 11.3.5 英寸彩色显示屏， 电容触摸屏 12.支持药物库，可储存 ≥5000 种药物信息 13.具有药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，≥4 种以上颜色 14.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值 15.压力报警阈值≥15 档可调，最低可设置 50mmHg 16.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 17.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 18.电池工作时间≥6小时5ml/h 19.防异物及进液等级 IP44 20.整机重量≤ 2.8kg 21.适合在救护车使用
---	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：睡眠治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.台车 2.≥20英寸彩色液晶屏 ▲3.经颅微电流刺激模式（CES）、小脑顶核电刺激模式（FNS）、音乐模式三种模式，大于等于二通道输出，可独立工作 4.输出波形：脉冲波形为双向非对称方波 5.电流强度：输出电流强度0μA～500μA±10% 6.工作频率：0.1Hz±10% 7.治疗模式：≥4种治疗模式 8.电流强度：0mA～10mA范围内可调，步进0.1mA±20% 9.调制波形：双向对称正弦波 10.音乐管理：具有添加歌曲、查询歌曲、歌单列表、创建歌单功能 11.音乐模式可与FNS模式或CES模式同时搭配使用 12.治疗时间1～60min可调，步进1min±5% 13.具有患者与方案管理系统
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铜砭刮痧板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质安全要求：整体采用99.9%高纯紫铜一体锻造，无拼接无镀层，无重金属析出风险，边缘做精细圆润打磨 2.核心尺寸结构参数：整体长度17～20cm，宽度6～8cm，厚度8～12mm，砭身带3～5个不同弧度的曲面，适配全身不同部位刮痧操作，可配置大小号不同款6套 3.导热与功能配置：导热系数400左右，升温均匀不局部过热，可配合艾灸、热敷同步使用，不易变形，长期使用无明显磨损，支持反复高温消毒 4.附加工艺配置：表面不易生锈变色，要求作防氧化处理
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：微电流治疗仪（直流电刺激仪）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.刺激波形方波 ▲2.输出脉冲频率：0.5Hz±10% 3.输出脉冲幅度值可调 4.输出治疗时间可调 5.物理调节：外置电流调节旋钮或物理调节按键 6.微电流方案：可设置不同的治疗时间、刺激电流 7.可以单独选择微电流方案或音乐方案
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无创呼吸机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.采用≥4英寸彩色电容触摸控制屏，屏幕亮度可调节 2.内置涡轮：无需空压机，无气源也可独立工作 3.主机和附件气道分离，供气回路和患者回路相互独立，降低主机污染概率 ▲4.双单向阀，主机气道和管路气道均有单向阀 5.标配无消耗氧传感器，无需使用氧电池等耗材 6.支持监测参数和设置参数同屏显示 7.主机屏幕具备自动锁屏功能 8.具备独立的静音键，提供复位静音功能 9.具有高流量模式和低流量模式 10.可选配血氧监测功能 11.具有氧疗计时功能 12.具有管路干燥功能 ▲13.氧疗流量：2～90L/min 14.温度：29～37℃，可连续调节 15.加湿档位：7档可调 16.标配呼吸频率监测，评估患者呼吸状态 ▲17.具有水位过低报警 18.加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率 19.标配低压氧气源连接软管 ▲20.标配Wi-Fi模块 21.标配USB数据接口 22.支持与匹配监护仪通过无线方式融合显示在中央站界面 23.支持通过移动端软件查看患者实时生命体征、氧疗仪参数信息
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无创心电监护仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280×800像素，≥8通道波形显示 2.内置插槽式锂电池 3.屏幕采用电容屏 4.显示屏支持170度可视范围 5.提供手动，自动，连续和序列等多种测量模式，并提供24小时血压统计结果 6.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能 7.无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg 8.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s 9.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看 10.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿 11.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms 12.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc等统计结果 13.指套式血氧探头 14.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能 15.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘 16.支持进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统 17.具有夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式等 18.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择 19.支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理 20.动态趋势界面可支持统计1～24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示 21.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘 22.可同时监视≥12床的报警信息
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无重力减压牵引床（脊柱减压牵引治疗系统、四维）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.电源：220V，频率50Hz 2.牵引模式≥2 3.治疗时间：≥60min 4.可同时进行腰牵和颈牵。 5.床面尺寸：长2356mm，宽890mm，高1935mm；±20mm 6.额定输入功率：250VA。 7.间歇时间：≥60s
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：熏蒸床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.电源电压：AC220V 50Hz 2.额定输入功率：2600W±50W 3.舱温：35～45℃可调（45～99℃为煎药温度） 4.时间：0～60min可调 5.功率：0～99可调 6.最大加液量：15L±10% 7.药槽尺寸：1200mm×340mm×80mm±10% 8.全电脑控制、自动恒温、自动定时、自动报警 9.50℃超温保护，紧急停止装置，双重安全保护 10.整机采用不锈钢制作，耐防腐 11.具备自动控制送中药蒸汽功能 12.自动防止干烧 13.自动漏电保护 14.采用数码屏显示视窗 15.既可局部熏蒸，也可全身熏蒸
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：熏蒸桶（足）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：香杉木 2.尺寸：43×30×60cm 允差±2
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：熏蒸治疗床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.结构形式：柜机推车式 2.显示操作：触屏操作 3.输出路数：双路输，双锅双喷头，独立控制 4.治疗模式：常规、强弱、渐进等多种模式 5.常规模式下治疗强度≥5档可调 6.具有浓度检测功能。 7.皮温检测功能：实时显示皮肤温度，显示误差≤1℃ 8.具有预热保温功能，温度70～95℃可调，步进1℃，允差±5% 9.具有防干烧功能 10.具有防止药物残渣堵塞蒸汽管路功能 11.定时功能：1～99min可调，步进1min 12.加热时间：从开机治疗到有蒸汽输出，时间≤15min 13.实时显示设备状态、液体温度、实时浓度的功能 14.运行模式：治疗仪可连续运行

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：振动叩击排痰机（马甲式）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.推车带锁止万向轮 2.所有调节均可通过一个键的旋转按压实现或触摸屏调节 ▲3.成人、儿童一体型 4.配备紧急开关 ▲5.充气背心采用 TPU；充气背心分标准全胸充气背心（成人）、标准全胸充气背心（儿童）、简易半胸充气胸带 6.压力范围：3~30mmHg 7.振动频率：1~25Hz连续可调，步进增量1 8.工作模式：手动模式、五种自动程序模式、用户自定义模式 9.时间设定：手动模式1min~60min；自动模式、自定义模式四档调节5min、10min、15min和20min，误差±10%

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：中频电疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.输出电流强度：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA，频率>1500Hz为100mA 2.输出通道：四路，输出电流独立可调 3.内置临床处方：≥99个处方 4.工作频率：1kHz~12kHz，误差±10% 5.调制频率范围：在0~150Hz范围内 6.差频频率范围：在0~100Hz范围内 7.调幅度：设有0%、33%、60%、100%等多种调幅度，调幅度允差±5% 8.动态节律：4s~10s 9.差频变化周期：15s~30s 10.基波频率及波形：方波，频率为1kHz~12kHz（对应脉冲宽度为500μs~42μs） 11.调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合 12.温热电极（温控）：37℃~45℃、多挡可调 13.时间调节：默认处方时间 14.默认处方时间：10min~40min，误差±10% 15.时间可调功能：1min~99min，步进1min，误差±10% 16.电源条件：交流220V/频率50Hz 17.输入功率：≤150VA

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：中药粉碎机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.本机可连续投料，由粉碎室，甩锤，研磨瓦组成 2.具有水冷装置，出料仓有防尘布袋 3.产量：10～80kg/h 4.细度：60～180 目 5.功率：4000W～4500W 6.转数：5600 转/分
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中药离子导入仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.≥2 通道，双通道独立输出 ▲2.输出强度调节： 0～30 级连续可调； 3.治疗时间： 1～30 分钟自由设定，治疗倒计时结束自动停止输出 4.输出电疗：在500Ω负载下，设备输出电流最大值≤50mA。 5.工作频率： ≥2KHZ 6.连续工作能力：不间断连续工作≥4h 7.操作显示方式： ≥7 英寸彩色触控显示屏，实时显示治疗时间、输出强度
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中药熏蒸仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.通道：双喷头型两个通道可分别进行功能设置，双路皮肤测温 ▲2.预热及治疗功率4挡可调 3.预热设定温度为70℃～90℃可调，允差±20%，步长1℃ 4.药液从常温加热到95℃时间≤15min 5.该设备治疗时间1～60 min可调，步长为1分钟，时间精度±30s，当完成熏蒸时间，治疗应停止输出蒸汽，并有声音信息提示 6.当加热药液温度达到97℃±5℃时，药液能自动从喷头均匀喷出 ▲7.低液位警告功能：容器内药液低于200ml 时，设备应蜂鸣器长鸣并停止加热 8.按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示 9.当容器内气压大于0.08Mpa 时，减压阀动作 10.容量： ≥4L
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中药熏蒸治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.设备类型：医用局部中药熏蒸治疗仪，二类医疗器械，用于肾区、肢体中药熏洗理疗 2.输出配置：蒸汽输出通道，温度40-60℃可调，具备皮肤超温报警 3.药缸材质：304不锈钢药缸，带过滤防残渣 4.定时功能：治疗定时0-60min可调，倒计时自动停机 5.安全防护：三重防干烧、液位监测、漏电保护、过热断电、声光报警等 6.操作方式：数显控制面板 7.移动性能：配置移动脚轮
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中医定向透药治 疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲1.三种治疗电极可选：理疗用电极片、硅橡胶电极和中医定向透药专用电极 2.调制频率范围：30～340Hz，±15% 3.载波频率范围：1250～4000Hz±10% ▲4.≥5种低频调制信号波形：方波、锯齿波、三角波、棱形波、正弦波、恒定电压调制波形 5.设备内置≥16种标准化固定治疗处方，可快速调用 6.脉宽范围：99～240μs，±20% 7.设备输出强度范围：00～99级 ▲8.输出电极可加温，温度0～5档可调，调温最高档，电极表面温度≥37℃，≤50℃ 9.设备应具有输出定时功能，时间在1～60min之间切换，最大误差±1min 10.设备最大输出电流≤80mA 11.具有输出断路、短路及超温保护功能 12.柜式一体机型，带锁止万向轮，采用≥7英寸显示屏；四通道8路输出，每通道可独立输出 13.连续工作时间≥4h 14.输入功率：100VA
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中医定向透药治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.设备类型：医用中医定向透药治疗仪，二类医疗器械，用于肾区、腰背部中药离子导入理疗 2.输出通道：双通道独立输出，每一路通道参数可单独调节 3.治疗模式：具备离子导入、定向透药、中频脉冲、恒温热敷治疗大于等于模式 4.输出电流：输出电流0-50mA无级可调 5.热敷温控：恒温热敷40-55℃可调，具备防烫伤保护功能 6.定时功能：治疗定时0-30min可调，倒计时显示，结束自动停机 7.安全防护：电极脱落检测、过热保护、输出过载保护、漏电保护 8.操作配置：液晶显示屏，可存储、调取常用治疗处方 9.移动方式：台式主机，移动推车

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：中医督脉灸疗床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.电源：AC220V 频率：50Hz。 2.显示方式：数码管显示。 3.治疗模式分为自动模式和手动模式 4.尺寸2100mm×720mm×720mm，允差±120mm。 5.自动点火功能 6.工作噪音：≤70dB 7.床体双开门

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：中医特色足浴桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.桶身深度：≥40cm，可没过小腿 2.温控范围：35℃～48℃可调，智能恒温，控温精度±1℃ 3.加热功率：≥1000W，快速加热，水电分离 4.按摩功能：具备足底多档位电动按摩，覆盖脚掌、足弓、脚跟穴位 5.安全保护：具备超温断电、漏电保护、传感器故障报警、盖板安全防护 6.杀菌功能：具备UV紫外线杀菌功能 7.护膝功能：具备远红外/红光护膝加热功能，同步热敷膝盖 8.排水方式：下排式排水，带万向轮或提手 9.控制方式：触控屏/APP/遥控控制，带数显屏 10.内胆材质：食品级PP材质，耐湿热，易清洁

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：中医治疗车（树脂）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格尺寸：长度≥770mm宽度≥630mm高度≥910mm 2.车体台面采用ABS模具成型。立柱采用铝合金型材。 3.台面采用凹形ABS材料模具成型，配有三面隔断，可放置物品。 4.上部配置≥150mm内部分隔抽屉。中间配置三面有护栏ABS吸塑台面。 5.底部配置可拆卸式大储物桶。 6.车体右下侧配有带盖双联污物桶，脚踏控制打开和闭合，上侧配利器盒网篮。左侧配置多格储物盒和置物篮。 7.底部四只静音防缠绕脚轮。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：自动头疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.规格：约2000mm×670mm×680mm（长×宽×高） 2.床头设置电源插座，头盆面到地面高660mm±5%，头盆宽650mm×长500mm±5%，盆内排水口到尾部1660mm±5%，洗头池内容量约30升，排水口里地面320mm±5%，洗头位置到床尾1510mm±5% 3.凳子高420mm，宽320mm，床尾宽650mm，±5% 4.皮套颜色：医院自定义
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包4：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包5：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯

彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	---	--

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	---	--

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	--	---

采购包4：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	---	--

采购包5：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	---	--------	--	---

三.评标程序

1.符合性审查

- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：可视化电生理精准诊断系统等设备

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：鼻功能诊断系统等设备

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3：经颅磁刺激及导航系统等设备

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包4：红外热成像仪等设备

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包5：生物反馈治疗仪等设备

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分66.00分 商务部分4.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
		根据投标人对采购文件中技术参数的响应程度进行评分:完全满足或优于采购文件的得28分。（1）标“▲”的为重要技术参数(共计3项),响应须提供相关证明材料，不提供或无			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议

技术参数	法证明符合参数要求的不得分。技术偏离表与佐证材料不符的以佐证材料为准每负偏离1项扣1.5分，最多扣4.5分；（2）未标记的为一般技术参数(共计94项),每负偏离1项扣0.25分，最多扣23.5分。注:1.标“▲”参数在投标文件中须附证明材料（产品说明书或彩页或检测报告等）且应在证明材料中以醒目的形式对该参数的具体数值进行标注）2.未标记的技术参数为一般技术指标，根据投标人提供的技术偏离表进行评价，如技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审。	28.0000	客观	中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函 开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标
	根据供应商提供的供货及运输方案,包括（1）供货进度计划；（2）进度保障措施；（3）货物包装及运输。（4）质量保证措施			

	供货及运输方案	删，（4）质量证据担保。上述4项内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得3分。4项合计最高得12分。每缺少一项内容的扣3分。每项内容中每存在一处缺陷或不足扣0.3分，单项扣完为止。 （注：“缺陷或不足”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	12.0000	主观	准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表

技术评审	安装调试方案	供应商针对本项目制定的安装调试方案内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分。缺少该项内容的不得分。内容中每存在一处缺陷或不足扣0.2分，单项扣完为止。(注：“缺陷或不足”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。)	2.0000	主观	项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制

	售后服务方案	根据供应商针对本项目制定的售后服务方案，包括（1）售后工作流程、质保期、保修期等服务方案；（2）故障响应时间、维修更换方案；（3）技术培训方案；（4）售后服务技术能力。上述4项内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得3分。4项合计最高得12分。每缺少一项内容的扣3分。每项内容中每存在一处缺陷或不足扣0.3分，单项扣完为止。（注：“缺陷或不足”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	12.0000	主观	度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

	应急方案	针对本项目制定的应急方案充分，能够应对各种突发事件，不影响项目进程，包括：（1）应急处置方案；（2）应急保障措施。上述2项内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得3分。2项合计最高得6分。每缺少一项内容的扣3分。每项内容中每存在一处缺陷或不足扣0.3分，单项扣完为止。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	6.0000	主观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需

	培训方案	根据供应商针对本项目制定的售后服务方案，包括（1）培训时间安排；（2）培训人员安排；（3）培训内容等内容。上述3项内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分。3项合计最高得6分。每缺少一项内容的扣2分。每项内容中每存在一处缺陷或不足扣0.2分，单项扣完为止。（注：“缺陷或不足”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	6.0000	主观	设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表

商务评审	类似项目业绩	提供近三年完成的类似业绩(与本次采购内容相同或相似的业绩),每项得1分,最高得4分.注:1.近三年是指2023年01月01日至投标截止日,具体日期以合同签订日期为准;2.需提供《采购合同》或《协议》;合同或协议需提供首页、基本内容页、盖章页等可证明业绩内容的关键页。	4.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人(供应商)应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--------	---	--------	----	---

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书

					监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明 函
--	--	--	--	--	-----------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

					投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
--	--	--	--	--	---

采购包2：

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分66.00分 商务部分4.00分 报价得分30.00分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件
	技术参数	根据投标人对采购文件中技术参数的响应程度进行评分：完全满足或优于采购文件的得29分。（1）标“★”表示核心指标,不满足该项指标要求将导致投标无效；（2）标“▲”的为重要技术参数(共计7项),响应须提供相关证明材料，不提供或无法证明符合参数要求的不得分。技术偏离表与佐证材料不符的以佐证材料为准每负偏离1项扣1.2分，最多扣8.4分；（3）未标记的为一般技术参数(共计103项),每负偏离1项扣0.2分，最多扣20.6分。注:1.	29.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应

	标“★”及“▲”参数在投标文件中须附证明材料（产品说明书或彩页或检测报告等）且应在证明材料中以醒目的形式对该参数的具体数值进行标注）2.未标记的技术参数为一般技术指标，根据投标人提供的技术偏离表进行评价，如技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审。		提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	根据供应商提供的供货及运输方案，包括（1）供货进度计划；（2）进度保障措施；（3）货物包装及运输；（4）质量保证措施。上述4项内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得3分。4项合计最高得12分。每缺少一项内容的扣3分。每项内容中每存在一处缺陷或不足		开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声

供货及运输方案	扣0.3分，单项扣完为止。 (注：“缺陷或不足”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。)	12.0000	主观	明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	供应商针对本项目制定的安装调试方案内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分。 缺少该项内容的不得分。内容中每			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函

技术评审	安装调试方案	存在一处缺陷或不足扣0.1分，单项扣完为止。(注：“缺陷或不足”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。)	1.0000	主观	缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
		根据供应商针对本项目制定的售后服务方案，包括（1）售后工作流程、质保期、保修期等服务方案；（2）故障响应时间、维修更换方案；（3）技术培训方案；（4）售后服务技术能力。上述4项内容中			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议

	售后服务方案	每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得3分。4项合计最高得12分。每缺少一项内容的扣3分。每项内容中每存在一处缺陷或不足扣0.3分，单项扣完为止。（注：“缺陷或不足”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	12.0000	主观	中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
		针对本项目制定的应急方案充分，能够应对各种突发事件，不影响项目进程，包括：（1）应急处置方			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标

	应急方案	案；（2）应急保障措施。上述2项内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得3分。2项合计最高得6分。每缺少一项内容的扣3分。每项内容中每存在一处缺陷或不足扣0.3分，单项扣完为止。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	6.0000	主观	准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料

	培训方案	根据供应商针对本项目制定的售后服务方案，包括（1）培训时间安排；（2）培训人员安排；（3）培训内容等内容。上述3项内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分。3项合计最高得6分。每缺少一项内容的扣2分。每项内容中每存在一处缺陷或不足扣0.2分，单项扣完为止。（注：“缺陷或不足”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	6.0000	主观	技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制

商务评审	类似项目业绩	提供近三年完成的类似业绩(与本次采购内容相同或相似的业绩),每项得1分,最高得4分.注: 1.近三年是指2023年01月01日至投标截止日,具体日期以合同签订日期为准;2.需提供《采购合同》或《协议》;合同或协议需提供首页、基本内容页、盖章页等可证明业绩内容的关键页。	4.0000	客观	度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人(供应商)应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	--	---------	----	---

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
					开标一览表

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声
---	----------	---	--------	--	---

					明函
--	--	--	--	--	----

采购包3:

采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分66.00分 商务部分4.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术参数	根据投标人对采购文件中技术参数的响应程度进行评分：完全满足或优于采购文件的得33.4分。（1）标“★”表示核心指标,不满足该项指标要求将导致投。标无效；（2）标“▲”的为重要技术参数(共计27项),响应须提供相关证明材料，不提供或无法证明符合参数要求的不得分。技术偏离表与佐证材料不符的以佐证材料为准每负偏离1项扣0.6分，最多扣16.2分；（3）未标记的为一般技术参数(共计86项),每负偏离1项扣0.2分，最多扣17.2分。注:1.标“★”及“▲”参数在投标文件中须附证明材料（产品说明书或彩页或检测报告等）且应在证明材料中以醒目的形式对该参数的具体数值进行标注，）2.未标记的技术参数为一般技术指标，根据投标人提供的技术偏离表进行评价，如技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证	33.4000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前

		材料为准进行评审。			三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
	供货及运输方案	根据供应商提供的供货及运输方案,包括(1)供货进度计划;(2)进度保障措施;(3)货物包装及运输;(4)质量保证措施。上述4项内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化,有具体详细的阐述且符合项目要求的得3分。4项合计最高得12分。每缺少一项内容的扣3分。每项内容中每存在一处缺陷或不足扣0.3分,单项扣完为止。 (注:“缺陷或不足”指以下任意一种情形:内容不切合行业实际、不符合国家法规政策;或内容凭空编造,与实际情况不符,存在偏差;或内容过于简略;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑漏洞;或原理	12.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人(供应商)应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件

	错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）			主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
安装调试方案	供应商针对本项目制定的安装调试方案内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2.6分。缺少该项内容的不得分。内容中每存在一处缺陷或不足扣0.26分，单项扣完为止。（注：“缺陷或不足”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑混乱，或逻辑错误，或地点区域错	2.6000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录

技术评审		辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。)			的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	售后服务方案	根据供应商针对本项目制定的售后服务方案, 包括（1）售后工作流程、质保期、保修期等服务方案；（2）故障响应时间、维修更换方案；（3）技术培训方案；（4）售后服务技术能力。上述4项内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化, 有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分。4项合计最高得8分。每缺少一项内容的扣2分。每项内容中每存在一处缺陷或不足扣0.2分, 单项扣完为止。(注：“缺陷或不足”指以下任意一种情形：内容不切合	8.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明

	行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。)			依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
应急方案	针对本项目制定的应急方案充分，能够应对各种突发事件，不影响项目进程，包括：（1）应急处置方案；（2）应急保障措施。上述2项内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分。2项合计最高得4分。每缺少一项内容的扣2分。每项内容中每存在一处缺陷或不足扣0.2分，单项扣完为止。(注：“缺陷”	4.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表

	指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。)		投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	根据供应商针对本项目制定的售后服务方案，包括（1）培训时间安排；（2）培训人员安排；（3）培训内容等内容。上述3项内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分。3项合计最高得6分。每缺少一项内容的扣2分。每项内容中每		开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料

	培训方案	存在一处缺陷或不足扣0.2分，单项扣完为止。(注：“缺陷或不足”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。)	6.0000	主观	本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函

商务评审	类似项目业绩	提供近三年完成的类似业绩(与本次采购内容相同或相似的业绩),每项得1分,最高得4分.注:1.近三年是指2023年01月01日至投标截止日,具体日期以合同签订日期为准;2.需提供《采购合同》或《协议》;合同或协议需提供首页、基本内容页、盖章页等可证明业绩内容的关键页。	4.0000	客观	投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人(供应商)应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	--	---------	----	---

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	--	--

采购包4：

采购包4：

评审内容	评审标准
分值构成	技术部分66.00分 商务部分4.00分 报价得分30.00分

评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术参数	根据投标人对采购文件中技术参数的响应程度进行评分：完全满足或优于采购文件的得31.2分。（1）标“★”表示核心指标,不满足该项指标要求将导致投标无效；（2）标“▲”的为重要技术参数(共计17项)，响应须提供相关证明材料，不提供或无法证明符合参数要求的不得分。技术偏离表与佐证材料不符的以佐证材料为准每负偏离1项扣0.8分，最多扣13.6分；（3）未标记的为一般技术参数(共计88项),每负偏离1项扣0.2分，最多扣17.6分。注：1.标“★”及“▲”参数在投标文件中须附证明材料（产品说明书或彩页或检测报告等）且应在证明材料中以醒目的形式对该参数的具体数值进行标注，）2.未标记的技术参数为一般技术指标，根据投标人提供的技术偏离表进行评价，如技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审。	31.2000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表

				投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
供货及运输方案	根据供应商提供的供货及运输方案,包括(1)供货进度计划;(2)进度保障措施;(3)货物包装及运输;(4)质量保证措施。上述4项内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化,有具体详细的阐述且符合项目要求的得3分。4项合计最高得12分。每缺少一项内容的扣3分。每项内容中每存在一处缺陷或不足扣0.3分,单项扣完为止。 (注:“缺陷或不足”指以下任意一种情形:内容不切合行业实际、不符合国家法规政策;或内容凭空编造,与实际情况不符,存在偏差;或内容过于简略;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑漏洞;或原理错误;或地点区域错误;或套用其他项目方案;或前后内容互相矛盾;或专业领域知识阐述有误。)	12.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人(供应商)应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中

				没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
安装调试方案	供应商针对本项目制定的安装调试 方案内容完整、与项目需求吻合、 思路清晰、层次细化，有具体详细 的阐述且符合项目要求的得2.8分 。 缺少该项内容的不得分。内容中 每存在一处缺陷或不足扣0.28分， 单项扣完为止。(注：“缺陷或不足” 指以下任意一种情形：内容不切合 行业实际、不符合国家法规政策； 或内容凭空编造，与实际情况不符 ，存在偏差；或内容过于简略；或 存在与项目无关的文字内容；或内 容不适用项目实际情况；或内容逻 辑漏洞；或原理错误；或地点区域 错误；或套用其他项目方案；或前 后内容互相矛盾；或专业领域知识 阐述有误。)	2.8000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书

技术评审				参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
	售后服务方案	根据供应商针对本项目制定的售后 服务方案，包括（1）售后工作流 程、质保期、保修期等服务方案； （2）故障响应时间、维修更换方 案；（3）技术培训方案；（4）售 后服务技术能力。上述4项内容中 每有1项分析内容完整、与项目需 求吻合、思路清晰、层次细化，有 具体详细的阐述且符合项目要求的 得2分。4项合计最高得8分。每缺 少一项内容的扣2分。每项内容中 每存在一处缺陷或不足扣0.2分， 单项扣完为止。（注：“缺陷或不足” 指以下任意一种情形：内容不切合 行业实际、不符合国家法规政策； 或内容凭空编造，与实际情况不符 ，存在偏差；或内容过于简略；或 存在与项目无关的文字内容；或内	8.0000	客观 开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责

	容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。)			任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
应急方案	针对本项目制定的应急方案充分， 能够应对各种突发事件，不影响项 目进程，包括：（1）应急处置方 案；（2）应急保障措施。上述2项 内容中每有1项分析内容完整、与 项目需求吻合、思路清晰、层次细 化，有具体详细的阐述且符合项目 要求的得3分。2项合计最高得6分 。每缺少一项内容的扣3分。每项 内容中每存在一处缺陷或不足扣0. 3分，单项扣完为止。（注：“缺陷” 指以下任意一种情形：内容不切合 行业实际、不符合国家法规政策； 或内容凭空编造，与实际情况不符	6.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会

	，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）			保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
培训方案	根据供应商针对本项目制定的售后服务方案，包括（1）培训时间安排；（2）培训人员安排；（3）培训内容等内容。上述3项内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分。3项合计最高得6分。每缺少一项内容的扣2分。每项内容中每存在一处缺陷或不足扣0.2分，单项扣完为止。（注：“缺陷或不足”指以下任意一种情形：内容不切合行	6.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表

		业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。)		投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
		提供近三年完成的类似业绩(与本次采购内容相同或相似的业绩),每项得1分，最高得4分.注：1.近三年		开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料

商务评审	类似项目业绩	定指2023年01月01日至投标截止日，具体日期以合同签订日期为准;2.需提供《采购合同》或《协议》;合同或协议需提供首页、基本内容页、盖章页等可证明业绩内容的关键页。	4.0000	客观	本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函
		F1指价格项评审因素得分=（评标			

价格评审	价格评审	基准价/投标报价)×100×价格项 评审因素所占的权重(注:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。)最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人(供应商)应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	---	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例(C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
				政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	--	--

采购包5：

采购包5：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分66.00分 商务部分4.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					开标一览表

					分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托 书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声
	技术参数	根据投标人对采购文件中技术参数的响应程度进行评分：完全满足或优于采购文件的得29分。（1）标“★”表示核心指标,不满足该项指标要求将导致投标无效；（2）标“▲”的为重要技术参数(共计24项),响应须提供相关证明材料，不提供或无法证明符合参数要求的不得分。技术偏离表与佐证材料不符的以佐证材料为准每负偏离1项扣0.3分，最多扣7.2分；（3）未标记的为一般技术参数(共计436项),每负偏离1项扣0.05分，最多扣21.8分。 注:1.标“★”及“▲”参数在投标文件中须附证明材料（产品说明书或彩页或检测报告等）且应在证明材料中以醒目的形式对该参数的具体数值进行标注，）2.未标记的技术参数为一般技术指标，根据投标人提供的技术偏离表进行评价，如技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审。	29.0000	客观	

				明函
				开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书
	供货及运输方案	根据供应商提供的供货及运输方案, 包括（1）供货进度计划；（2）进度保障措施；（3）货物包装及运输；（4）质量保证措施。上述4项内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化, 有具体详细的阐述且符合项目要求的得3分。4项合计最高得12分。每缺少一项内容的扣3分。每项内容中每存在一处缺陷或不足扣0.3分, 单项扣完为止。 (注: “缺陷或不足”指以下任意一种情形: 内容不切合行业实际、不符合国家法规政策; 或内容凭空编造, 与实际情况不符, 存在偏差; 或内容过于简略; 或存在与项目无关的文字内容; 或内容不适用项目实际情况; 或内容逻辑漏洞; 或原理错误; 或地点区域错误; 或套用其他项目方案; 或前后内容互相矛盾; 或专业领域知识阐述有误。)	12.0000	主观

				书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
安装调试方案	供应商针对本项目制定的安装调试方案内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分。缺少该项内容的不得分。内容中每存在一处缺陷或不足扣0.1分，单项扣完为止。(注：“缺陷或不足”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。)	1.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表

技术评审					项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	售后服务方案	根据供应商针对本项目制定的售后服务方案，包括（1）售后工作流程、质保期、保修期等服务方案； （2）故障响应时间、维修更换方案；（3）技术培训方案；（4）售后服务技术能力。上述4项内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得3分。4项合计最高得12分。每缺少一项内容的扣3分。每项内容中每存在一处缺陷或不足扣0.3分，单项扣完为止。（注：“缺陷或不足”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	12.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

				投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
应急方案	针对本项目制定的应急方案充分，能够应对各种突发事件，不影响项目进程，包括：（1）应急处置方案；（2）应急保障措施。上述2项内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得3分。2项合计最高得6分。每缺少一项内容的扣3分。每项内容中每存在一处缺陷或不足扣0.3分，单项扣完为止。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	6.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中

				没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
	培训方案	根据供应商针对本项目制定的售后服务方案，包括（1）培训时间安排；（2）培训人员安排；（3）培训内容等内容。上述3项内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分。3项合计最高得6分。每缺少一项内容的扣2分。每项内容中每存在一处缺陷或不足扣0.2分，单项扣完为止。（注：“缺陷或不足”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后	6.0000	主观 开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件

		内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。)			主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声
商务评审	类似项目业绩	提供近三年完成的类似业绩(与本次采购内容相同或相似的业绩),每项得1分，最高得4分.注：1.近三年是指2023年01月01日至投标截止日，具体日期以合同签订日期为准;2.需提供《采购合同》或《协议》;合同或协议需提供首页、基本内容页、盖章页等可证明业绩内容的关键页。	4.0000	客观	明函 开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料

					具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会

		。			保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责任 的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
--	--	---	--	--	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
		本国产品标准适用于 货物，包括政府采购 货物项目和服务项目 中涉及的货物。适用 本国产品标准的货物 具体是指《政府采购		政府采购活动中既有 本国产品又有非本国 产品参与竞争的，依 法对本国产品给予价 格评审优惠，对本国 产品的报价给予20% 的价格扣除，用扣除 后的价格参与评审。 当采购项目或者采购	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明

1	实施本国产品标准	品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书 面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	--	--

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
---	--------	---

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
---	--------	---

采购包3：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

采购包4：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
---	--------	---

采购包5：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____(大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：可视化电生理精准诊断系统等设备

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：本国产品成本比例声明表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：开标一览表
- 详见附件：分项报价表

采购包2：鼻功能诊断系统等设备

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包3：经颅磁刺激及导航系统等设备

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包4：红外热成像仪等设备

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包5：生物反馈治疗仪等设备

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表