

## 质谱仪等设备采购项目

# 公开招标文件

采购单位名称：内蒙古医科大学附属医院

采购代理机构名称：内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司

项目编号：NMGZCS-G-H-260868

2026年10月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司 受 内蒙古医科大学附属医院 委托，采用公开招标方式组织采购 质谱仪等设备采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 质谱仪等设备采购项目
- 项目编号： NMGZCS-G-H-260868
- 采购计划备案号： 内政采计划[2026]35968
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 中医经络诊断仪等设备
- 采购包预算金额（元）： 1,581,000.00
- 采购包最高限价（元）： 1,581,000.00
- 报价形式： 总价

| 序号 | 标的名称         | 数量   | 标的金额<br>(元) | 计量<br>单位 | 所属<br>行业 | 是否核心<br>产品 | 是否允许进<br>口产品 | 是否属于节<br>能产品 | 是否属于环境标<br>志产品 |
|----|--------------|------|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 蜡疗室          | 1.00 | 170,000.00  | 套        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 2  | 中药熏蒸仓        | 1.00 | 20,000.00   | 套        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 3  | 中医中频治疗仪      | 3.00 | 30,000.00   | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 4  | 耳穴探测仪和模型     | 1.00 | 20,000.00   | 套        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 5  | 电动刮痧拔罐一体机    | 1.00 | 10,000.00   | 套        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 6  | 中药灌肠设备       | 1.00 | 100,000.00  | 套        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 7  | 中药熏蒸治疗设备     | 1.00 | 70,000.00   | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 8  | 中医经络诊断仪      | 1.00 | 280,000.00  | 台        | 工业       | 是          | 否            | 否            | 否              |
| 9  | 电动中医治疗床(可升降) | 1.00 | 20,000.00   | 套        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 10 | 医院共享沙浴       | 1.00 | 30,000.00   | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 11 | 经络通治疗仪       | 1.00 | 40,000.00   | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |

|    |           |      |            |   |    |   |   |   |   |
|----|-----------|------|------------|---|----|---|---|---|---|
| 12 | 中频治疗仪     | 1.00 | 30,000.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 中药离子导入仪   | 1.00 | 5,000.00   | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 中药熏蒸治疗设备2 | 1.00 | 70,000.00  | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 中药治疗仪     | 1.00 | 20,000.00  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 中医刮痧排酸仪   | 1.00 | 50,000.00  | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 中医神灯      | 2.00 | 2,000.00   | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 激光穴位治疗仪   | 1.00 | 100,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 铜砭刮痧板     | 2.00 | 4,000.00   | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 心理量表电子化系统 | 1.00 | 100,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 中医督脉灸疗床   | 1.00 | 50,000.00  | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 中医灸疗仪（多头） | 4.00 | 140,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 子午流注穴位治疗仪 | 2.00 | 220,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：气相色谱仪等设备

采购包预算金额（元）：2,691,000.00

采购包最高限价（元）：2,691,000.00

报价形式：总价

| 序号 | 标的名称           | 数量   | 标的金额<br>(元) | 计量<br>单位 | 所属<br>行业 | 是否核<br>心产品 | 是否允许进<br>口产品 | 是否属于节<br>能产品 | 是否属于环境<br>标志产品 |
|----|----------------|------|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 神经心理认知综合评估训练系统 | 1.00 | 200,000.00  | 套        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 2  | 除颤仪            | 1.00 | 50,000.00   | 套        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |
| 3  | 高频电场肾病治疗仪      | 1.00 | 350,000.00  | 台        | 工业       | 否          | 否            | 否            | 否              |

|    |           |              |                |   |    |   |   |   |   |
|----|-----------|--------------|----------------|---|----|---|---|---|---|
| 4  | 结肠途径治疗机   | 1.<br>0<br>0 | 150,000.<br>00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5  | 肾病治疗仪     | 1.<br>0<br>0 | 200,000.<br>00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6  | 干式造粒机     | 1.<br>0<br>0 | 63,000.0<br>0  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7  | 恒温恒湿箱     | 1.<br>0<br>0 | 25,000.0<br>0  | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8  | 精馏系统      | 1.<br>0<br>0 | 60,000.0<br>0  | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9  | 卡尔费休水分测定仪 | 1.<br>0<br>0 | 82,000.0<br>0  | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 脉动真空灭菌柜   | 1.<br>0<br>0 | 259,000.<br>00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 湿法混合制粒机   | 1.<br>0<br>0 | 110,000.<br>00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 微型挤出滚圆机   | 1.<br>0<br>0 | 144,000.<br>00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 紫外分光光度计   | 1.<br>0<br>0 | 85,000.0<br>0  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 心电监护仪     | 2.<br>0<br>0 | 30,000.0<br>0  | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 红外光谱仪     | 1.<br>0<br>0 | 425,000.<br>00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 气相色谱仪     | 1.<br>0<br>0 | 458,000.<br>00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

采购包3：质谱仪

采购包预算金额（元）：2,110,000.00

采购包最高限价（元）：2,110,000.00

报价形式：总价

| 序号 | 标的名称 | 数量   | 标的金额<br>(元)  | 计量<br>单位 | 所属<br>行业 | 是否核心<br>产品 | 是否允许进<br>口产品 | 是否属于节<br>能产品 | 是否属于环境标<br>志产品 |
|----|------|------|--------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 质谱仪  | 1.00 | 2,110,000.00 | 套        | 工业       | 是          | 否            | 否            | 否              |

3.是否涉及本国产品

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称           | 标的名称         | 产品名称         |
|----|------------------|--------------|--------------|
| 1  | A02329900 其他医疗设备 | 蜡疗室          | 蜡疗室          |
| 2  | A02329900 其他医疗设备 | 中药熏蒸仓        | 中药熏蒸仓        |
| 3  | A02329900 其他医疗设备 | 中医中频治疗仪      | 中医中频治疗仪      |
| 4  | A02329900 其他医疗设备 | 耳穴探测仪和模型     | 耳穴探测仪和模型     |
| 5  | A02329900 其他医疗设备 | 电动刮痧拔罐一体机    | 电动刮痧拔罐一体机    |
| 6  | A02329900 其他医疗设备 | 中药灌肠设备       | 中药灌肠设备       |
| 7  | A02329900 其他医疗设备 | 中药熏蒸治疗设备     | 中药熏蒸治疗设备     |
| 8  | A02329900 其他医疗设备 | 中医经络诊断仪      | 中医经络诊断仪      |
| 9  | A02329900 其他医疗设备 | 电动中医治疗床(可升降) | 电动中医治疗床(可升降) |
| 10 | A02329900 其他医疗设备 | 医院共享沙浴       | 医院共享沙浴       |
| 11 | A02329900 其他医疗设备 | 经络通治疗仪       | 经络通治疗仪       |
| 12 | A02329900 其他医疗设备 | 中频治疗仪        | 中频治疗仪        |
| 13 | A02329900 其他医疗设备 | 中药离子导入仪      | 中药离子导入仪      |
| 14 | A02329900 其他医疗设备 | 中药熏蒸治疗设备2    | 中药熏蒸治疗设备2    |
| 15 | A02329900 其他医疗设备 | 中药治疗仪        | 中药治疗仪        |
| 16 | A02329900 其他医疗设备 | 中医刮痧排酸仪      | 中医刮痧排酸仪      |
| 17 | A02329900 其他医疗设备 | 中医神灯         | 中医神灯         |
| 18 | A02329900 其他医疗设备 | 激光穴位治疗仪      | 激光穴位治疗仪      |
| 19 | A02329900 其他医疗设备 | 铜砭刮痧板        | 铜砭刮痧板        |
| 20 | A02329900 其他医疗设备 | 心理量表电子化系统    | 心理量表电子化系统    |
| 21 | A02329900 其他医疗设备 | 中医督脉灸疗床      | 中医督脉灸疗床      |
| 22 | A02329900 其他医疗设备 | 中医灸疗仪（多头）    | 中医灸疗仪（多头）    |
| 23 | A02329900 其他医疗设备 | 子午流注穴位治疗仪    | 子午流注穴位治疗仪    |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称           | 标的名称           | 产品名称           |
|----|------------------|----------------|----------------|
| 1  | A02329900 其他医疗设备 | 神经心理认知综合评估训练系统 | 神经心理认知综合评估训练系统 |
| 2  | A02329900 其他医疗设备 | 除颤仪            | 除颤仪            |

|    |                  |           |           |
|----|------------------|-----------|-----------|
| 3  | A02329900 其他医疗设备 | 高频电场肾病治疗仪 | 高频电场肾病治疗仪 |
| 4  | A02329900 其他医疗设备 | 结肠途径治疗机   | 结肠途径治疗机   |
| 5  | A02329900 其他医疗设备 | 肾病治疗仪     | 肾病治疗仪     |
| 6  | A02329900 其他医疗设备 | 干式造粒机     | 干式造粒机     |
| 7  | A02329900 其他医疗设备 | 恒温恒湿箱     | 恒温恒湿箱     |
| 8  | A02329900 其他医疗设备 | 精馏系统      | 精馏系统      |
| 9  | A02329900 其他医疗设备 | 卡尔费休水分测定仪 | 卡尔费休水分测定仪 |
| 10 | A02329900 其他医疗设备 | 脉动真空灭菌柜   | 脉动真空灭菌柜   |
| 11 | A02329900 其他医疗设备 | 湿法混合制粒机   | 湿法混合制粒机   |
| 12 | A02329900 其他医疗设备 | 微型挤出滚圆机   | 微型挤出滚圆机   |
| 13 | A02329900 其他医疗设备 | 紫外分光光度计   | 紫外分光光度计   |
| 14 | A02329900 其他医疗设备 | 心电监护仪     | 心电监护仪     |
| 15 | A02329900 其他医疗设备 | 红外光谱仪     | 红外光谱仪     |
| 16 | A02329900 其他医疗设备 | 气相色谱仪     | 气相色谱仪     |

采购包3：

| 序号 | 采购品目名称           | 标的名称 | 产品名称 |
|----|------------------|------|------|
| 1  | A02329900 其他医疗设备 | 质谱仪  | 质谱仪  |

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：

采购包1：中医经络诊断仪等设备

1、特定资格要求：（一）供应商为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。（二）根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或相应的医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表），所投产品分类不属于医疗器械的供应商提供相应证明材料。

采购包2：气相色谱仪等设备

1、特定资格要求：（一）供应商为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。（二）根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或相应的医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表），所投产品分类不属于医疗器械的供应商提供相应证明材料。

采购包3：质谱仪

1、特定资格要求：（一）供应商为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。（二）根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或相应的医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表），所投产品分类不属于医疗器械的供应商提供相应证明材料。

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

### 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

### 六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区如意和大街伊泰华府世家2号商业楼A座6层-7层

邮编： 010010

联系人： 李铭、边海龙、那日夫、白如冰、赵玲玲

联系电话： 15147103451

采购单位名称： 内蒙古医科大学附属医院

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市回民区通道北街1号

邮编： 010010

联系人： 周祎彬

联系电话： 3451200

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

| 序号 | 条款名称                   | 内容及要求                                                                                                                                      |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 划分采购包情况                | 共 3 包                                                                                                                                      |
| 2  | 采购方式                   | 公开招标                                                                                                                                       |
| 3  | 开标方式                   | 远程开标                                                                                                                                       |
| 4  | 评标方式                   | 现场网上评标                                                                                                                                     |
| 5  | 评标方法                   | 采购包1：综合评分法<br>采购包2：综合评分法<br>采购包3：综合评分法                                                                                                     |
| 6  | 获取招标文件时间               | 详见招标公告                                                                                                                                     |
| 7  | 保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间） | 详见招标公告                                                                                                                                     |
| 8  | 电子投标文件递交               | 加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键                                                                   |
| 9  | 投标文件数量                 | （1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）<br>（2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。<br>（3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。 |
| 10 | 中标人确定                  | 甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。                                                                                     |
| 11 | 联合体投标                  | 采购包1：不接受<br>采购包2：不接受<br>采购包3：不接受                                                                                                           |
| 12 | 采购代理机构代理费用             | 本项目收取代理服务费<br>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商<br>代理服务费收费标准：参照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》内工建协【2022】34号文件收取                                                 |
| 14 | 投标保证金                  | 不收取保证金                                                                                                                                     |
| 15 | 电子投标文件签字、盖章要求          | 应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。<br>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。                                                      |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 投标客户端      | 投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a> |
| 18 | 面向中小企业采购   | 采购包1：<br>属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。<br>采购包2：<br>属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。<br>采购包3：不属于专门面向中小企业采购。                                                                                                                                                                      |
| 19 | 有效投标人家数    | 采购包1：3家<br>采购包2：3家<br>采购包3：3家                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20 | 中标供应商数量    | 采购包1：1名<br>采购包2：1名<br>采购包3：1名                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21 | 中标候选人供应商数量 | 采购包1：3名<br>采购包2：3名<br>采购包3：3名                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22 | 报价形式       | 详见第一章，“内容及划分采购包情况”。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23 | 现场踏勘       | 采购包1：组织现场踏勘：否<br>采购包2：组织现场踏勘：否<br>采购包3：组织现场踏勘：否                                                                                                                                                                                                                  |
| 24 | 兼投不兼中规则    | 本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。                                                                                       |
| 25 | 投标有效期      | 从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26 | 其他         | 无                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

## 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

## 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

## 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已招标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

## 三.说明

### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古医科大学附属医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

#### 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

### 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

### 五.投标文件

#### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

#### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具

、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

### 5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1. 开标

#### 1.1 程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；  
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；  
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求  
采购包1：中医经络诊断仪等设备

| 序号 | 资格审查要求概况            | 评审点具体描述                                                                                                                              |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力       | 审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。                                                                                                                |
| 2  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 审查投标人2024年度或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）。注：新成立不足一年的投标人需提供相关情况说明或成立以来的财务报表或开户银行提供的资信证明。 |

|   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | 1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 3.或提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（格式自拟）。 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。需同时提供上述第1、2项证明材料,或单独提供上述第3项承诺函。 |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函（格式自拟）。                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 | 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 | 联合体投标（若有）                 | 符合关于联合体投标的相关规定。                                                                                                                                                                                                                                                       |

采购包2：气相色谱仪等设备

| 序号 | 资格审查要求概况                  | 评审点具体描述                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力             | 审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查投标人2024年度或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）。 注：新成立不足一年的投标人需提供相关情况说明或成立以来的财务报表或开户银行提供的资信证明。                                                                                                                                 |
| 3  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | 1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 3.或提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（格式自拟）。 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。需同时提供上述第1、2项证明材料,或单独提供上述第3项承诺函。 |
| 4  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函（格式自拟）。                                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |           |                                                    |
|---|-----------|----------------------------------------------------|
| 6 | 信用记录      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 7 | 联合体投标（若有） | 符合关于联合体投标的相关规定。                                    |

采购包3：质谱仪

| 序号 | 资格审查要求概况                  | 评审点具体描述                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力             | 审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查投标人2024年度或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）。注：新成立不足一年的投标人需提供相关情况说明或成立以来的财务报表或开户银行提供的资信证明。                                                                                                                                |
| 3  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | 1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）3.或提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。需同时提供上述第1、2项证明材料,或单独提供上述第3项承诺函。 |
| 4  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力       | 审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函（格式自拟）。                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | 联合体投标（若有）                 | 符合关于联合体投标的相关规定。                                                                                                                                                                                                                                                     |

特定资格要求

采购包1：中医经络诊断仪等设备

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特定资格要求   | （一）供应商为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。（二）根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或相应的医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表），所投产品分类不属于医疗器械的供应商提供相应证明材料。 |

采购包2：气相色谱仪等设备

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特定资格要求   | （一）供应商为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。（二）根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或相应的医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表），所投产品分类不属于医疗器械的供应商提供相应证明材料。 |

采购包3：质谱仪

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特定资格要求   | （一）供应商为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。（二）根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或相应的医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表），所投产品分类不属于医疗器械的供应商提供相应证明材料。 |

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

| 资格审查要求概况   | 评审点具体描述                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 面向中小企业情况审查 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） |

采购包2：

| 资格审查要求概况   | 评审点具体描述                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 面向中小企业情况审查 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） |

采购包3：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----------|---------|
|----------|---------|

3.评标

详见第五章

#### 4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

#### 5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 七.询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

#### 2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

#### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在

答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量的提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

#### 一.项目概况

中西医协同“旗舰”医院建设试点项目是医院创新中（蒙）西医结合医疗模式，促进中蒙医和西医强强联合、优势互补，提高中（蒙）医药服务能力的重大机遇。一方面可以全面提升中（蒙）医专科重点疾病的诊疗质量和关键技术，辐射和带动区域整体中（蒙）西医结合水平的提升；另一方面着眼群众需求，可以全面补齐医疗资源短板，提升医疗卫生服务能力。本采购项目为旗舰医院建设规划自有资金医疗设备，包含风湿免疫科、妇科、康复医学科、蒙医科、肾内科、药学部、治未病中心、中医科、肿瘤内科等设备。

#### 二.主要商务要求、技术要求

##### 1.主要商务要求

采购包1：中医经络诊断仪等设备

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求                                                                                                                                                                                                           |
|----|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 标的提供时间 | 合同签订1个月内。                                                                                                                                                                                                    |
| 2  |      | 标的提供地点 | 内蒙古医科大学附属医院                                                                                                                                                                                                  |
| 3  |      | 合同履约期限 | 合同签订1个月内。                                                                                                                                                                                                    |
| 4  |      | 合同履约地点 | 内蒙古医科大学附属医院                                                                                                                                                                                                  |
| 5  |      | 验收要求   | 采购人严格按照采购合同及招投标相关文本的标准，对货物的外观、品名、型号、数量、质量、生产日期、到货日期、技术指标、服务承诺等内容进行到货验收和质量验收，并做好验收记录，验收过程和步骤应符合国家法律法规的相关规定，符合质量检验、商检部门等其他有关部门和甲方的规定。供应商应向采购人提供设备性能的测试程序、测试手段和测试标准。采购人有权就本合同货物交由具备相关资质的第三方检验并测试，由此产生的费用由供应商承担。 |
| 6  |      | 合同支付方式 | 1、签订合同后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%<br>2、货物安装调试完成，验收合格，供应商提供全额合规发票后达到付款条件，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%                                                                                                          |
| 7  |      | 履约保证金  | 需要缴纳履约保证金：缴纳<br>缴纳比例%：10<br>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险<br>缴纳说明：中标人须在合同签订后5日内向采购人提交履约保证金，金额为政府采购合同金额的10%；待项目履约结束后,办理退还手续。若中标人在供货内不能按期供货，或所供货物存在质量问题，采购人将不退还履约保证金。                                               |

采购包2：气相色谱仪等设备

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求          |
|----|------|--------|-------------|
| 1  |      | 标的提供时间 | 合同签订1个月内。   |
| 2  |      | 标的提供地点 | 内蒙古医科大学附属医院 |
| 3  |      | 合同履约期限 | 合同签订1个月内。   |
| 4  |      | 合同履约地点 | 内蒙古医科大学附属医院 |

|   |  |        |                                                                                                                                                                                                              |
|---|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |  | 验收要求   | 采购人严格按照采购合同及招投标相关文本的标准，对货物的外观、品名、型号、数量、质量、生产日期、到货日期、技术指标、服务承诺等内容进行到货验收和质量验收，并做好验收记录，验收过程和步骤应符合国家法律法规的相关规定，符合质量检验、商检部门等其他有关部门和甲方的规定。供应商应向采购人提供设备性能的测试程序、测试手段和测试标准。采购人有权就本合同货物交由具备相关资质的第三方检验并测试，由此产生的费用由供应商承担。 |
| 6 |  | 合同支付方式 | 1、签订合同后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%<br>2、货物安装调试完成，验收合格，供应商提供全额合规发票后达到付款条件，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%                                                                                                          |
| 7 |  | 履约保证金  | 需要缴纳履约保证金：缴纳<br>缴纳比例%：10<br>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险<br>缴纳说明：中标人须在合同签订后5日内向采购人提交履约保证金，金额为政府采购合同金额的10%；待项目履约结束后,办理退还手续。若中标人在供货内不能按期供货，或所供货物存在质量问题，采购人将不退还履约保证金。                                               |

采购包3：质谱仪

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求                                                                                                                                                                                                           |
|----|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | 标的提供时间 | 合同签订1个月内。                                                                                                                                                                                                    |
| 2  |      | 标的提供地点 | 内蒙古医科大学附属医院                                                                                                                                                                                                  |
| 3  |      | 合同履约期限 | 合同签订1个月内。                                                                                                                                                                                                    |
| 4  |      | 合同履约地点 | 内蒙古医科大学附属医院                                                                                                                                                                                                  |
| 5  |      | 验收要求   | 采购人严格按照采购合同及招投标相关文本的标准，对货物的外观、品名、型号、数量、质量、生产日期、到货日期、技术指标、服务承诺等内容进行到货验收和质量验收，并做好验收记录，验收过程和步骤应符合国家法律法规的相关规定，符合质量检验、商检部门等其他有关部门和甲方的规定。供应商应向采购人提供设备性能的测试程序、测试手段和测试标准。采购人有权就本合同货物交由具备相关资质的第三方检验并测试，由此产生的费用由供应商承担。 |
| 6  |      | 合同支付方式 | 1、签订合同后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%<br>2、货物安装调试完成，验收合格，供应商提供全额合规发票后达到付款条件，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%                                                                                                          |
| 7  |      | 履约保证金  | 需要缴纳履约保证金：缴纳<br>缴纳比例%：10<br>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险<br>缴纳说明：中标人须在合同签订后5日内向采购人提交履约保证金，金额为政府采购合同金额的10%；待项目履约结束后,办理退还手续。若中标人在供货内不能按期供货，或所供货物存在质量问题，采购人将不退还履约保证金。                                               |

2.技术标准与要求

采购包1：中医经络诊断仪等设备  
标的名称：蜡疗室

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                             |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 智能高清液晶触摸屏显示；实时温度显示：融蜡箱、制饼箱均可实时显示温度；屏幕尺寸≥7英寸                                                           |
| 2                                   |      | 输入功率≥2500VA；                                                                                          |
| 3                                   |      | 蜡疗机蜡盘≥16盘 蜡盘尺寸：约446mm*345mm*30mm；                                                                     |
| 4                                   |      | 制饼箱具备观察窗与内部照明系统                                                                                       |
| 5                                   |      | 能够实现语音播报操作                                                                                            |
| 6                                   |      | 具备自动恢复到预约状态的功能；                                                                                       |
| 7                                   |      | 具备立即制饼、预约制饼功能                                                                                         |
| 8                                   |      | 根据界面提示设置参数和执行要求项后，可实现一键自动制饼功能                                                                         |
| 9                                   |      | 过滤功能：系统对蜡液具有过滤功能；消毒功能：高温+紫外线消毒；                                                                       |
| 10                                  |      | 安全保护功能：过流保护、超温保护、防漏保护；                                                                                |
| 11                                  |      | 蜡饼厚度12±5mm                                                                                            |
| 12                                  |      | 融蜡箱容积：≤72.8L(误差≤±10%)；；融蜡箱尺寸：520mm*445mm*315mm，±3mm；制饼箱容积：≥174L;制饼箱：474mm*476mm*771mm，±3mm；           |
| 13                                  |      | 配置：蜡疗室一套：包含：治疗床2张、治疗椅2把、操作台1张、空气消毒机1台g挂钟、隔帘2套、全304不锈钢蜡盘18个、羊毛蜡刷1把、清洁用刮板1把、不锈钢铲刀1把、滤网清洁刷1支、取蜡用帆布防护手套1副 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                       |

标的名称：中药熏蒸仓

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                         |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 1、交流电压220V，频率50Hz；额定功率2400VA                      |
| 2                                   |      | 2、触摸控制，伴有触摸按键音，尺寸≥18CM×10CM                       |
| 3                                   |      | 3、主机≥65cm×50cm×85cm，整机推车设计，配置4个静音万向轮              |
| 4                                   |      | 4、AB双通道（两个喷头）微电脑独立控制，可同时熏蒸两人或两部位                  |
| 5                                   |      | ▲5、加液量≥5L                                         |
| 6                                   |      | ▲6、双重温控保护；超温第一路停止加热；故障达60℃第二路保护；皮肤测温、蜂鸣报警，防漏电保护开关 |
| 7                                   |      | 7、机箱容器与电路分体设计，完全隔离                                |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                   |

标的名称：中医中频治疗仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                       |
|----|------|---------------------------------|
| 1  |      | 1、电源:AC220V，50Hz，额定输入功率：60VA    |
| 2  |      | 2、安全类型:I类BF型                    |
| 3  |      | 3、载波波形:方形脉冲波，脉冲宽度均为310us，允差±10% |
| 4  |      | 4、载波频率:1.5kHz，允差±10%            |
| 5  |      | 5、治疗电流:对称超导编码电流                 |
| 6  |      | 6、输出电流:在500Ω的负载电阻下，输出电流≤80mA    |

|                                     |  |                                         |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| 7                                   |  | 7、输出电流稳定度:不同负载下的输出电流变化率≤10%             |
| 8                                   |  | 8、调制频率:1Hz、2Hz、5Hz、10Hz、15Hz、25Hz、50Hz等 |
| 9                                   |  | 9、调制幅度:低频调制中频的调幅度为100%，允差±5%            |
| 10                                  |  | 10、处方功能:≥18个医疗专家处方                      |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                         |

标的名称：耳穴探测仪和模型

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 一、耳穴探测仪 探测原理:耳穴皮肤电阻探测法 灵敏度调节:多档灵敏度可调 状态提示:彩色灯光提示穴位阴、阳属性，带蜂鸣提示 工作电源:纽扣电池供电 工作电流:工作电流≤20mA 探测探头:一体式探测笔 整机外形尺寸:≤150×20×15mm |
| 2                                   |      | 二、耳穴模型 制作标准:GB/T13734国家耳穴标准定位制作 材质:PVC软胶材质，穴位雕刻，标识不易掉色 规格:23cm耳模型，带稳固底座 穴位标识:完整全套耳穴雕刻印刷，附带穴位说明书                          |
| 3                                   |      | 三、配套与售后 配套附件:探测电极、说明书；模型底座、穴位图谱 质保服务:整机质保≥1年                                                                             |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                          |

标的名称：电动刮痧拔罐一体机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                |
|-------------------------------------|------|--------------------------|
| 1                                   |      | 设备功能:一体机，支持电动拔罐、负压刮痧     |
| 2                                   |      | 负压调节:负压多档位可调，负压范围0~85kPa |
| 3                                   |      | 操作模式:拔罐模式、刮痧模式，可单独使用     |
| 4                                   |      | 机身:手持便携                  |
| 5                                   |      | 供电方式:充电锂电池，内置电池          |
| 6                                   |      | 配件配置:刮痧头配各不少于2种规格        |
| 7                                   |      | 安全保护:过压保护，防过热，负压过载自动泄压   |
| 8                                   |      | 整机质保:整机质保≥1年             |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                          |

标的名称：中药灌肠设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                             |
|----|------|-------------------------------------------------------|
| 1  |      | 工作条件:AC220V，50Hz；                                     |
| 2  |      | 样式:柜式机                                                |
| 3  |      | ▲控制系统:计算机控制，实时监控数据：储液量、灌注量、灌注温度、灌注压力、灌注时间、间歇时间、实时泵速等； |
| 4  |      | ▲存储功能:可建立患者数据档案；                                      |
| 5  |      | ▲安全报警系统:安全报警系统：超温、超压、缺液，仪器停止治疗，并有界面提示；                |
| 6  |      | 外置功能:外置给药、灌注切换阀门，一步实现治疗功能转换；                          |
| 7  |      | 预灌注量:预灌注量：4000~16000mL                                |
| 8  |      | 灌注桶有效容积:灌注桶容积：≥16000mL，给药罐容积：≥500mL                   |

|                                     |  |                                    |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| 9                                   |  | 注液速度:注液速度：0～750mL/min连续可调          |
| 10                                  |  | 转速补偿能力:转速补偿能力：0～100mL/min；         |
| 11                                  |  | 灌注压力:灌注压力可任意设置                     |
| 12                                  |  | 水压:水压：0.7～5.0Kgf/cm <sup>2</sup> ； |
| 13                                  |  | 灌注时间:灌注时间：1～60s连续可调，间歇时间：0～60s连续可调 |
| 14                                  |  | 剩余液体:自动排出灌注液桶中部分液体                 |
| 15                                  |  | 计算灌注液量:计算灌注液量自动归零；                 |
| 16                                  |  | 灌注温度控温范围:灌注温度控温范围可调节               |
| 17                                  |  | 净水器进行清洗:自动对净水器进行清洗                 |
| 18                                  |  | ▲过滤系统:过滤系统：水质达到饮用标准；               |
| 19                                  |  | 软件系统:内置软件                          |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                    |

标的名称：中药熏蒸治疗设备

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                              |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 1                                   |      | 适用范围:在医疗机构内使用，与药液配合，用于人体局部的熏蒸治疗。       |
| 2                                   |      | 预热及治疗功率:预热及治疗功率可调                      |
| 3                                   |      | 加热温度及时间:药液从常温加热到95℃时间≤15min；           |
| 4                                   |      | 温度保护开关:温度保护开关：温度高于130℃时，设备应停止加热；       |
| 5                                   |      | 治疗时间:该设备治疗时间1～60分钟可调                   |
| 6                                   |      | 加热药液到一定时间喷出:当加热药液温度≥97℃时，药液能自动从喷头均匀喷出； |
| 7                                   |      | 排液:在非治疗及预热状态可进行排液操作                    |
| 8                                   |      | 低液位警告:具备低液位报警并停止加热功能；                  |
| 9                                   |      | 具有声音提示:按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；   |
| 10                                  |      | 气压:当容器内气压大于0.08Mpa时，减压阀开启泄压；           |
| 11                                  |      | 传感器测量:具有传感器测量皮肤温度及实时显示装置，传感器误差±1℃；     |
| 12                                  |      | 温度监测功能:皮肤温度超过45℃时持续报警并停止加热；            |
| 13                                  |      | 操作系统:触摸屏操作                             |
| 14                                  |      | 容量:容量：≥4L                              |
| 15                                  |      | 通道:双喷头                                 |
| 16                                  |      | 工作条件:AC220V，频率：50Hz；输入功率：≥2200VA；      |
| 17                                  |      | 设备使用年限：≥8年                             |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                        |

标的名称：中医经络诊断仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标               |
|----|------|-------------------------|
| 1  |      | 工作条件:AC220V，50Hz；       |
| 2  |      | 工作站:提供工作站及图文输出设备        |
| 3  |      | 结构组成:由主机、检测电极和辅助电极组成；   |
| 4  |      | 检测电极承载腔电阻:检测电极承载腔电阻R<3Ω |

|                                      |  |                                                                                                |
|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                    |  | 辅助电极阻抗:辅助电极阻抗 $R < 10\Omega$                                                                   |
| 6                                    |  | 设备的检测电压:设备的检测电压稳定性 $\leq 30V$                                                                  |
| 7                                    |  | 设备的检测电流输出:设备的检测电流为直流输出, 且检测电流应 $\leq 0.5mA$ (RMS)                                              |
| 8                                    |  | 设备的测量阻抗范围:设备的测量阻抗范围: $15k\Omega \sim 4000k\Omega$                                              |
| 9                                    |  | 两极间阻值:两极间阻值: 显示值与实际值误差 $\pm 10\%$ ;                                                            |
| 10                                   |  | 检测电极承载:检测电极承载腔外部的长度 $\geq 8mm$ , 误差不超过 $\pm 10\%$ ;直径 $\geq 8mm$ , 误差不超过 $\pm 10\%$ ;内径为 $6mm$ |
| 11                                   |  | 辅助电极:辅助电极的面积 $\geq 700mm^2$                                                                    |
| 12                                   |  | 设备采集包:设备采集包含十二条经络中双侧共24个穴位, 并在系统界面下显示十二条经络分别对应的穴位图形标示点                                         |
| 13                                   |  | 穴位采集:通过采集手足十二条经络对应穴位电生理信息进行十二条经络传感分析, 穴位采集符合YY/T1661-2019《穴位阻抗检测设备》标准;                         |
| 14                                   |  | 经络柱状图:经络柱状图由五种颜色组成, 分别代表受检者经络及对应脏腑功能状态, 并分析出主要问题经络, 生成相关报告;                                    |
| 15                                   |  | 根据中医五行传变规律:根据中医五行传变规律提供中医五行图及易发病位、关联病位提示;                                                      |
| 16                                   |  | 设备具有八大系统:设备具有八大系统(呼吸系统、消化系统、心脏血管系统、内分泌系统、肝功能、肾功能、免疫系统、抗氧化指数)健康、亚健康、疾病趋势分析;                     |
| 17                                   |  | 具有甲状腺功能测评:具有甲状腺功能测评功能, 可早期发现甲状腺功能异常风险;                                                         |
| 18                                   |  | 具有经络及对应脏腑疾病早期筛查:具有经络及对应脏腑疾病早期筛查, 早期提示及预警功能, 辅助临床早期诊断;                                          |
| 19                                   |  | 具有气血及情志状态分析:具有气血及情志状态分析, 情志状态雷达图显示功能;                                                          |
| 20                                   |  | 养生调理建议:具有检测日期对应二十四节气养生调理建议                                                                     |
| 21                                   |  | 专家建议:专家建议包含问题经络主治概要、调理穴位、调理方法、左右不平衡等内容显示                                                       |
| 22                                   |  | 检测结果:受检者三次及以上检测结果会自动生成健康趋势图, 直观显示受检者整体状态变化趋势                                                   |
| 23                                   |  | 检测结果:检测结果提供千分位高精度经络数据表, 可进行经络检测数据与临床病症的关联性研究                                                   |
| 24                                   |  | 检测报告:检测报告包含患者经络值分析、经络传感平衡、问题经络分析、经络病位关系、生理机能分析、气血状态评估、情志状态评估分析、专家建议等内容                         |
| 25                                   |  | 检测报告:中医经络检测健康报告包含气血及阴阳检测提示人体气血、阴阳平衡状态                                                          |
| 26                                   |  | 检测报告:检测报告中包含五行藏象气血、五行藏象阴阳、经络虚实分析、未病测评、调理方法推荐: 其中包含穴位推荐方案、中医疗法、物理因子、对应子午流注调理时间推荐等               |
| 27                                   |  | 检测报告:支持微信二维码扫描获取电子报告, 检测报告可一键导出、打印                                                             |
| 28                                   |  | 身份证阅读:配备身份证阅读器, 可进行刷身份证一键录入受检者身份信息                                                             |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                                                |

标的名称: 电动中医治疗床(可升降)

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                  |
|-------------------------------------|------|----------------------------|
| 1                                   |      | 1设备类型:医用电动中医理疗治疗床          |
| 2                                   |      | 2床体尺寸:床长≥2000mm，床宽≥700mm   |
| 3                                   |      | 3电动升降范围:整体电动升降，升降区间45-85cm |
| 4                                   |      | 4床面调节:头板电动起背，角度0-70°可调     |
| 5                                   |      | 5承重能力:静态承重≥180kg           |
| 6                                   |      | 6床面材质:高密度海绵+防水抗菌PU软包，圆角防撞  |
| 7                                   |      | 7操控方式:手持遥控控制升降、角度调节        |
| 8                                   |      | 8安全保护:电机过载、过热保护，断电自动停机保护   |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                            |

标的名称：医院共享沙浴

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                  |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 1                                   |      | 床体规格尺寸：≥2.2m*1.2m*0.6m                     |
| 2                                   |      | 额定功率：≥1800W，双温双控设计                         |
| 3                                   |      | 温控范围与精度：30℃～65℃可调，控温精度±1℃                  |
| 4                                   |      | 加热方式：石墨烯速热加热                               |
| 5                                   |      | 共享控制系统：内置物联网智能模块                           |
| 6                                   |      | 治疗定时范围：治疗时间可调                              |
| 7                                   |      | 床体材质：环保实木材质                                |
| 8                                   |      | 保温装置：加厚阻燃保温层                               |
| 9                                   |      | 安全保护系统：多段灵敏式漏电保护器、超温自动断电、防火阻燃装置            |
| 10                                  |      | 消毒方式：医用级紫外线消毒                              |
| 11                                  |      | 填充沙料：天然矿物沙，总重量≥1000kg                      |
| 12                                  |      | 质保期要求：整机质保≥2年，核心加热与控制部件质保≥5年，提供上门安装、操作培训服务 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                            |

标的名称：经络通治疗仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标              |
|----|------|------------------------|
| 1  |      | 额定输入功率:40VA-100VA      |
| 2  |      | 输出通道:≥5个               |
| 3  |      | 输出波形:脉冲方波              |
| 4  |      | 脉冲频率范围:0.5～60Hz        |
| 5  |      | 脉冲宽度范围:0.1～2.0ms±0.2ms |
| 6  |      | 最大脉冲电压:500V            |
| 7  |      | 强度调节方式:≥100级，自动增加强度    |
| 8  |      | 治疗时间:0～30min，可调        |
| 9  |      | 浪涌功能:浪涌频率10～30Hz       |
| 10 |      | 电源参数:AC220V，50Hz       |

|                                      |  |          |
|--------------------------------------|--|----------|
| 11                                   |  | 使用年限:≥5年 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |          |

标的名称: 中频治疗仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                  |
|----|------|--------------------------------------------|
| 1  |      | 使用电源:交流电压220V, 频率50Hz                      |
| 2  |      | 显示方式:液晶显示                                  |
| 3  |      | 输出通道:多通道输出                                 |
| 4  |      | 中频频率:1kHz~10kHz                            |
| 5  |      | 调制频率:0~150Hz                               |
| 6  |      | 中频载波波形:调制波形包含正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等两种以上幅波 |
| 7  |      | 中频调幅度:幅度可调                                 |
| 8  |      | 固定处方数量:≥60个固定处方                            |
| 9  |      | 中频输出电流:在500Ω负载下, 每路输出电流≤100mA              |
| 10 |      | 输出电流稳定度:不同负载下输出电流变化率≤10%                   |
| 11 |      | 中频输出峰值电压:开路条件下中频输出峰值电压≤500V                |
| 12 |      | 运行:设备可以连续运行                                |
| 13 |      | 电极板温度:具有加热功能                               |

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |  |
|--------------------------------------|--|--|

标的名称: 中药离子导入仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                      |
|----|------|--------------------------------|
| 1  |      | 低频调制波形:方波、锯齿波、三角波、棱形波、正弦波及混合波等 |
| 2  |      | 中频脉冲频率:1250~4000Hz             |
| 3  |      | 输出强度范围:0~99共100级步进可调           |
| 4  |      | 最大输出电流:100mA                   |
| 5  |      | 显示:≥4.3吋触摸式液晶显示屏, 中文菜单         |
| 6  |      | 治疗模式:具备中频按摩、药物导入等多种综合治疗模式      |

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |  |
|--------------------------------------|--|--|

标的名称: 中药熏蒸治疗设备2

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标        |
|----|------|------------------|
| 1  |      | 锅体/喷头配置:≥一锅, 双路  |
| 2  |      | 额定输入功率:≥2300W    |
| 3  |      | 操作显示:≥7英寸液晶触摸屏   |
| 4  |      | 预加热时间:5min~20min |
| 5  |      | 功率调节:多档可调        |
| 6  |      | 治疗时间:1~60min可调   |
| 7  |      | 预热/熏蒸温度:70~99℃可调 |
| 8  |      | 散热系统:≥双通道散热系统    |

|                                     |  |                         |
|-------------------------------------|--|-------------------------|
| 9                                   |  | 加液总容量:≥4.5L             |
| 10                                  |  | 废液排放:自动控制废液排放           |
| 11                                  |  | 漏电/防干烧保护:具备自动漏电保护、自动防干烧 |
| 12                                  |  | 红外测温:具备红外测温技术           |
| 13                                  |  | 加热锅安全保护:三重安全保护装置        |
| 14                                  |  | 泄压调节:二段泄压调节+安全阀保护       |
| 15                                  |  | 吸水/防滴水设计:具备吸水装置防止喷头滴水   |
| 16                                  |  | 凝结水回收:配有蒸汽凝结水回收盒        |
| 17                                  |  | 双重超温保护:具备超温保护功能         |
| 18                                  |  | 使用年限:≥5年                |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                         |

标的名称：中药治疗仪

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                          |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|
| 1                                   |      | 工作频率:2kHz，允差±10%。                  |
| 2                                   |      | 输出幅度:至少50档调节，极限输出幅度大于等于50V，允差±10%。 |
| 3                                   |      | 载波波形:载波波形为方波                       |
| 4                                   |      | 治疗处方:至少包含8组处方，处方波形至少包含方波           |
| 5                                   |      | 调幅参数:调幅度为100%，允差±5%。               |
| 6                                   |      | 输出电流:在500Ω负载下，设备输出电流最大值≤80mA。      |
| 7                                   |      | 输出电流稳定度:不同负载下的输出电流变化率≤10%。         |
| 8                                   |      | 治疗时间:治疗时间至少30min，档位步进≥5min         |
| 9                                   |      | 操作界面:触控屏幕≥10英寸                     |
| 10                                  |      | 输出通道:至少两路输出通道，可同步作用多处部位            |
| 11                                  |      | 工作电源:AC220V，50Hz。                  |
| 12                                  |      | 安全类别:I类BF型                         |
| 13                                  |      | 使用期限:≥8年                           |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                    |

标的名称：中医刮痧排酸仪

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                              |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 1                                   |      | 显示与操作系统:彩色触摸屏操作，屏幕≥8英寸，操作界面可显示治疗参数及时间。 |
| 2                                   |      | 电源条件:AC220v，50Hz                       |
| 3                                   |      | 多穴位同时治疗:满足≥5个穴位的同时治疗                   |
| 4                                   |      | 负压范围:-10kpa~-70kpa                     |
| 5                                   |      | 治疗模式:可支持拔罐、刮痧多种治疗模式                    |
| 6                                   |      | 治疗时间:10～30分钟，可调节                       |
| 7                                   |      | 噪声:噪声应≤60dB（A）                         |
| 8                                   |      | 罐体:≥5个罐体                               |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                        |

标的名称：中医神灯

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标         |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 1                                   |      | 额定电源:AV220V, 50Hz |
| 2                                   |      | 波长范围:2μm-25μm     |
| 3                                   |      | 温度控制:≥200℃        |
| 4                                   |      | 升温时间:≤30min       |
| 5                                   |      | 定时范围:0-60分钟       |
| 6                                   |      | 过热保护:有声光提示        |
| 7                                   |      | 输出/治疗通道:单通道       |
| 8                                   |      | 使用年限:≥5年          |
| 9                                   |      | 立式或台式:立式          |
| 10                                  |      | 灯头直径:≥150mm       |
| 11                                  |      | 输出功率:≥50MHz~2GHz  |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                   |

标的名称：激光穴位治疗仪

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标           |
|-------------------------------------|------|---------------------|
| 1                                   |      | 使用电源：电压AC220V、50Hz； |
| 2                                   |      | 激光波长：630nm以上        |
| 3                                   |      | 激光输出功率：≤5mW         |
| 4                                   |      | 激光源：半导体激光           |
| 5                                   |      | 定时时间；范围内达到15分钟或者以上  |
| 6                                   |      | 液晶显示屏≥7英寸           |
| 7                                   |      | 具备三路通道              |
| 8                                   |      | 样式：立式；              |
| 9                                   |      | 配有可用于口腔耳道探头         |
| 10                                  |      | 可用于耳穴治疗             |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                     |

标的名称：铜砭刮痧板

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                               |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 材质安全要求:整体采用99.9%高纯紫铜一体锻造                                                |
| 2                                   |      | 尺寸结构:整体长度17-20cm，宽度6-8cm，厚度8-12mm，砭身带3-5个不同弧度的曲面，适配全身不同部位刮痧操作，可配置大小号≥6套 |
| 3                                   |      | 导热与功能配置:导热系数400±10，升温均匀不局部过热，可配合艾灸、热敷同步使用                               |
| 4                                   |      | 附加工艺配置:要求作防氧化处理                                                         |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                         |

标的名称：心理量表电子化系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |  |                                                                                    |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |  | 系统适用范围：对患者精神心理状况相关的特定行为信息进行采集、存储、测评、打印；辅助医生诊疗用。                                    |
| 2                                   |  | 系统量表数量：量表数量≥300个。                                                                  |
| 3                                   |  | 量表按照所有量表、条目分类、自评、他评、方案库进行管理，方便快速选择或者搜索量表。每个量表前面均表明量表总题数量，选择量表后自动统计所选自评及他评量表的总题目数量。 |
| 4                                   |  | 支持pc端、移动端测评                                                                        |
| 5                                   |  | 预警管理：对于心理指标或测量分数异常，具备预警提示功能，加强对于心理异常者的敏感度，及时干预。至少包含三种级别预警提示，支持仅预警报告下载、预览、批量下载功能。   |
| 6                                   |  | 报告管理：具有MMPI量表。                                                                     |
| 7                                   |  | 具备医生端AI测评功能                                                                        |
| 8                                   |  | 硬件需求：医生端1台，患者端2台，图文输出设备1台，其中一台为便携操作端                                               |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                                    |

标的名称：中医督脉灸疗床

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                      |
|-------------------------------------|------|--------------------------------|
| 1                                   |      | 电源：AC220V，50Hz。                |
| 2                                   |      | 具备显示功能。                        |
| 3                                   |      | 治疗模式分为自动模式和手动模式                |
| 4                                   |      | 尺寸2100mm×720mm×720mm，允差±120mm。 |
| 5                                   |      | 自动点火功能                         |
| 6                                   |      | 工作噪音：≤70dB                     |
| 7                                   |      | 床体双开门设计                        |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                |

标的名称：中医灸疗仪（多头）

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标       |
|-------------------------------------|------|-----------------|
| 1                                   |      | 电源：AC220V，50Hz； |
| 2                                   |      | 支架高度可调          |
| 3                                   |      | 具备显示功能；         |
| 4                                   |      | 具备红光或红外线输出；     |
| 5                                   |      | ▲艾灸加热温度≥100℃    |
| 6                                   |      | 工作时间可调          |
| 7                                   |      | 艾灸装置需具备温度保护功能   |
| 8                                   |      | 治疗温度≤60℃；       |
| 9                                   |      | 具有防倾倒保护功能；      |
| 10                                  |      | 双通道输出           |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                 |

标的名称：子午流注穴位治疗仪

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                      |
|-------------------------------------|------|--------------------------------|
| 1                                   |      | 液晶屏操作                          |
| 2                                   |      | 输出通道：≥8通道                      |
| 3                                   |      | 波形模式：≥3种波形；                    |
| 4                                   |      | 脉冲频率：脉冲频率0.1Hz～1000Hz,分多档可调    |
| 5                                   |      | 脉冲宽度：≤0.8ms。                   |
| 6                                   |      | 输出幅度：在500Ω的负载电阻下，输出幅度≤65V。     |
| 7                                   |      | 治疗时间可调。                        |
| 8                                   |      | 需具备开穴功能                        |
| 9                                   |      | ▲治疗功能：能手动调节治疗时间、频率、开/关、波形模式参数。 |
| 10                                  |      | 需具备内置穴位图谱                      |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                |

采购包2：气相色谱仪等设备

标的名称：神经心理认知综合评估训练系统

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 训练项目:训练项目需包含以下训练内容：认知注意、认知记忆、认知计算、认知思维、认知知觉训练。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                                   |      | 训练设置:软件支持用户根据患者的具体需求和状况，灵活选择认知训练项目、制定个性化的训练计划、设置训练难度等级及确定训练时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3                                   |      | 评估功能:软件评估功能需包含≥3种常见评估量表，需包含认知、注意力、记忆力等评估方向。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4                                   |      | 功能模块:至少包含用户登录注册模块、系统主界面模块、认知训练模块、认知评估模块、历史记录模块、用户管理模块。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5                                   |      | 历史记录模块:软件在历史记录界面显示患者认知评估报告与认知训练报告，且报告界面包含患者认知评估或认知训练的用时、项目、结果等信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6                                   |      | 报告打印:支持与打印机进行数据交互，用以实现报告打印功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7                                   |      | 脑电监控： 1具有脑电监测、采集功能。 2采集器： 便携式脑电采集器，可实时输出脑参与度指标，并在界面上实时显示。 3采样率： 原始脑电≥500Hz，脑参与度≥1Hz 4电压测量：电压测量误差±10%。 5共模抑制比： ≥90dB 6输入阻抗： ≥10MΩ 7输入噪声： <3uV（峰谷值） 8通信方式： 无线蓝牙信号传输，配备专用USB蓝牙数据接收器。 9供电方式： 内置≥600mAh锂电池，单次充电续航时间： ≥20小时。 10幅频特性： 1Hz～60Hz，相对于10Hz的幅值，偏差+5%～-10%。 11耐极化电压:以峰谷值100μV、周期1s标准方波的幅值为基准，加±300mV直流耐极化电压后，幅值偏差不超过标准方波的±5%。 12电极类型： 采用合金干电极。 13干电极交流阻抗： ≤2.5KΩ 14干电极直流失调电压： ≤100mV/min 15干电极电位漂移： ≤5mV/10min 16干电极电阻： ≤5Ω |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

标的名称：除颤仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                                     |   |                                                                                |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |   | 工作模式:能够提供四种工作模式：手动除颤、监护、选配起搏和AED；                                              |
| 2                                   |   | 基础配置:5导ECG、手动除颤功能配置，包含一块电池；                                                    |
| 3                                   |   | 救护车标准:符合救护车标准，满足各类专业转运需求；                                                      |
| 4                                   |   | ▲屏幕:显示器：分辨率≥1024*768，≥8.0英寸，触摸屏，支持医用手套操作；                                      |
| 5                                   |   | 网络接口:设备接口及网络：有线网络，WIFI，蜂窝移动网络接口，蓝牙接口，USB接口，HDMI接口，多功能接口；                       |
| 6                                   |   | 除颤电极:体外除颤电极板手柄具有充电、放电、能量选择功能，具备充电完成指示灯，病人接触指示灯；                                |
| 7                                   |   | 除颤模式:除颤支持手动异步除颤、同步除颤和AED除颤模式，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，手动除颤：能量选择1J~360J； |
| 8                                   |   | 阻抗:病人阻抗范围：体外除颤20Ω~300Ω，体内除颤15Ω~300Ω；                                           |
| 9                                   | ★ | ★共模抑制比:共模抑制比：诊断模式≥90dB                                                         |
| 10                                  |   | 心律失常:支持心律失常分析（≥38种）；                                                           |
| 11                                  |   | 电池:电池：充电满续航时间≥3小时，充满电时间≤2.5小时，具有电池电量显示装置。                                      |
| 12                                  |   | 防护等级:防护等级≥IP55；                                                                |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |   |                                                                                |

标的名称：高频电场肾病治疗仪

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                         |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1                                   |      | 工作频率:工作频率13.56MHz±0.3MHz高频电磁场     |
| 2                                   |      | 输出功率:输出功率0-1200W及以上连续可调           |
| 3                                   |      | 治疗模式:具备连续波热疗模式、脉冲非热模式，单侧/双侧肾脏治疗可选 |
| 4                                   |      | 治疗床:电动平移治疗床，床体平移行程≥500mm，承重≥200kg |
| 5                                   |      | 电极探头:上下双治疗极板，位置可调                 |
| 6                                   |      | 定时功能:治疗定时0-90min可调，倒计时显示，结束自动停机提示 |
| 7                                   |      | 安全防护:超温保护、输出过载、漏电保护、声光故障报警、外置急停按钮 |
| 8                                   |      | 操作系统:彩色中文触控显示屏，可存储调用理疗处方          |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                   |

标的名称：结肠途径治疗机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                          |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|
| 1                                   |      | 治疗模式:具备肠道清洗、结肠透析、药物灌注，支持两洗两透模式     |
| 2                                   |      | 灌注流量:灌注流量200-1000mL/min多档可调，低速给药模式 |
| 3                                   |      | 灌注压力:灌注压力0-30kPa，实时监测，超压自动停机保护     |
| 4                                   |      | 温控参数:透析液温度25-40℃恒温加热，控温精度±2℃       |
| 5                                   |      | 液箱配置:恒温水箱≥40L，内置过滤系统               |
| 6                                   |      | 操作界面:中文彩色触控显示屏，一键启动治疗程序            |
| 7                                   |      | 安全防护:超温、超压、低水位、流量异常声光报警、自动停机；漏电保护  |
| 8                                   |      | 排污方式:全自动虹吸排污，废液独立管路                |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                    |

标的名称：肾病治疗仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                      |
|----|------|------------------------------------------------|
| 1  |      | 工作频率:40MHz±1.5%                                |
| 2  |      | 最大输出功率:≥200W，输出强度连续可调                          |
| 3  |      | 治疗模式:至少包含持续输出、断续输出、脉冲输出三种模式                    |
| 4  |      | 安全保护:具备过流保护、过热保护、漏电保护、输出开路保护功能，符合YY0649-2016标准 |
| 5  |      | 定时范围:0-99分钟任意可调，治疗结束自动停机并声光提示                  |
| 6  |      | 测温方式:实时测温，精度±0.2℃                              |
| 7  |      | 治疗温度范围:35℃～45℃连续可调                             |
| 8  |      | 电极配置:配置≥2对不同规格的电容电极                            |
| 9  |      | 显示方式:液晶触控显示屏，实时显示治疗参数、剩余时间、设备状态                |
| 10 |      | 设备分类:I类BF型设备，符合医用电气设备安全标准                      |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：干式造粒机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标      |
|----|------|----------------|
| 1  |      | 压辊尺寸：≥100mm    |
| 2  |      | 成品粒径：0.1-2mm   |
| 3  |      | 生产能力：0.5-40Kg  |
| 4  |      | 送料转速：10-100rpm |
| 5  |      | 整粒转速：10-180rpm |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：恒温恒湿箱

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                |
|----|------|--------------------------|
| 1  |      | 控温范围：-10℃～+80℃，精度±0.5℃   |
| 2  |      | 控湿范围：20%RH～95%RH，精度±3%RH |
| 3  |      | 内胆材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm     |
| 4  |      | 容积：≥150L，可调搁架≥3层         |
| 5  |      | 温度波动度：±0.5℃（空载）          |
| 6  |      | 湿度波动度：±3%RH（空载）          |
| 7  |      | 具备独立超温、超湿保护装置，报警功能       |
| 8  |      | LCD触摸屏控制，支持程序设定与数据记录     |
| 9  |      | 电源：AC220V，50Hz           |
| 10 |      | 具备RS485通讯接口，支持远程监控       |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：精馏系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标           |
|----|------|---------------------|
| 1  |      | 精馏柱材质为高硼硅玻璃（GG-17）。 |

|                                     |  |                               |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| 2                                   |  | 工作温度范围：室温～200℃，控温精度±0.5℃      |
| 3                                   |  | 蒸馏能力≥500mL/h，连续运行≥8小时无故障      |
| 4                                   |  | 冷凝器采用双回流设计，冷凝面积≥0.3m²         |
| 5                                   |  | 接口标准为标准磨口（24/40）。             |
| 6                                   |  | 配备数字温度传感器（PT100）              |
| 7                                   |  | 搅拌电机功率≥60W，转速范围0～1200rpm，无级调速 |
| 8                                   |  | 具备过温保护、断电记忆、自动停机功能            |
| 9                                   |  | 外壳材质为不锈钢304，≥IP54防护等级         |
| 10                                  |  | 支持RS232/USB数据输出               |
| 11                                  |  | 配备防暴沸陶瓷粒投放装置及安全泄压阀            |
| 12                                  |  | AC220V，50Hz                   |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                               |

标的名称：卡尔费休水分测定仪

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                          |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 测定方法：采用卡尔费休（KF）滴定原理。                                               |
| 2                                   |      | 水分测量范围：容量法覆盖0.1%（100ppm）～100%。                                     |
| 3                                   |      | 滴定管（容量法）：容量法配置高精度滴定管，滴定控制精度≤0.001mL（20mL滴定管）。                      |
| 4                                   |      | 电极：采用双铂针（双铂片）指示电极，具备终点自动判定功能。                                      |
| 5                                   |      | 样品适应性：支持液体、气体、固体样品测定。                                              |
| 6                                   |      | 软件合规性：配套操作软件，具备用户权限管理、审计追踪、数据存储（≥200组）功能，符合21CFRPart11/GMP/中国药典要求。 |
| 7                                   |      | 显示与操作：配备中文彩色触摸屏及中文操作界面，支持自动溶剂吸排/自动加液，导航式菜单。                        |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                    |

标的名称：脉动真空灭菌柜

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                       |
|-------------------------------------|------|---------------------------------|
| 1                                   |      | 有效容积:≥0.2m³                     |
| 2                                   |      | 设计压力:≥0.24MPa                   |
| 3                                   |      | 工作压力:≥0.2MPa                    |
| 4                                   |      | 最高设计温度:≥139℃                    |
| 5                                   |      | 最大工作温度:134℃                     |
| 6                                   |      | 温度均匀性:≤1℃                       |
| 7                                   |      | 治疗温度范围:35℃～45℃连续可调              |
| 8                                   |      | 电极配置:配置≥2对不同规格的电容电极             |
| 9                                   |      | 显示方式:液晶触控显示屏，实时显示治疗参数、剩余时间、设备状态 |
| 10                                  |      | 设备分类:I类BF型设备，符合医用电气设备安全标准       |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                 |

标的名称：湿法混合制粒机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标           |
|-------------------------------------|------|---------------------|
| 1                                   |      | 总容积:50L             |
| 2                                   |      | 锅次产量:≥15Kg          |
| 3                                   |      | 制粒时间:≤10分钟          |
| 4                                   |      | 切割速度:2500rpm±100rpm |
| 5                                   |      | 混合速度:200rpm±10rpm   |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                     |

标的名称：微型挤出滚圆机

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 1                                   |      | 挤出螺杆材质为316L不锈钢，表面粗糙度≤Ra0.4μm              |
| 2                                   |      | 滚圆转盘直径≥300mm，转速范围0～150rpm，无级变频调速          |
| 3                                   |      | 设备可处理物料粒径范围：0.5～5mm，成丸率≥95%               |
| 4                                   |      | 工作温度范围：室温～80℃，控温精度±0.5℃，带PID闭环控制          |
| 5                                   |      | 挤出与滚圆模块可独立控制，支持程序化多段工艺参数存储（≥10组）          |
| 6                                   |      | 配备高效除尘系统，过滤精度≥0.3μm，风量≥120m³/h，符合GMP洁净区要求 |
| 7                                   |      | 设备整机密封等级IP54，所有接触物料部件可CIP/SIP清洗           |
| 8                                   |      | 控制系统为PLC+触摸屏，支持中文操作界面，具备数据导出功能（USB/SD卡）   |
| 9                                   |      | 电源要求：220V，50Hz                            |
| 10                                  |      | 设备外形尺寸≤120×80×150cm                       |
| 11                                  |      | 符合《中国药典》2025年版四部“制剂通则”中关于微丸制备的设备要求        |
| 12                                  |      | 具备自动进料计量系统，精度±1%，支持与上游制粒机联动运行             |
| 13                                  |      | 提供1年免费质保，终身技术支持，48小时内响应服务                 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                           |

标的名称：紫外分光光度计

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                           |
|----|------|-----------------------------------------------------|
| 1  |      | 波长范围：190-1100nm，波长准确度±0.3nm，波长重复性±0.1nm             |
| 2  |      | 光谱带宽：1nm，可调（0.5/1/2/4nm），带宽误差±5%                    |
| 3  |      | 光度范围：-4A～4A，光度准确度±0.002A（0.5A时），光度重复性±0.001A        |
| 4  |      | 基线平直度：±0.001A（200-800nm，1nm带宽，30分钟）                 |
| 5  |      | 杂散光：≤0.03%T（220nm，NaI溶液；340nm，NaNO <sub>2</sub> 溶液） |
| 6  |      | 光源系统：氘灯+卤钨灯，寿命≥2000小时，自动切换                          |
| 7  |      | 检测器：硅光电二极管，响应速度≤0.5秒                                |
| 8  |      | 样品室：可容纳10mm比色皿                                      |
| 9  |      | 数据输出：支持USB、RS232，可连接电脑导出数据（CSV/Excel格式）             |
| 10 |      | 操作系统：支持中文界面，触摸屏或PC控制                                |
| 11 |      | 扫描速度：≥2000nm/min，支持多波长扫描、动力学、定量分析                   |
| 12 |      | 稳定性：预热30分钟后，基线漂移±0.001A/h                           |

|                                     |  |                               |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| 13                                  |  | 校准方式：支持波长、光度、杂散光自动校准，可外接标准滤光片 |
| 14                                  |  | 提供1年免费质保，终身技术支持，72小时内响应服务     |
| 15                                  |  | 具有与设备相匹配的工作站，能够实现图片和文字打印功能    |
| 16                                  |  | 石英比色皿和玻璃比色皿各配1套               |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                               |

标的名称：心电监护仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                  |
|----|------|------------------------------------------------------------|
| 1  |      | ≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。                      |
| 2  |      | 监测项目：ECG,TEMP,SpO <sub>2</sub> ,NIBP等                      |
| 3  |      | 内置锂电池，插槽式设计                                                |
| 4  |      | 屏幕采用电容屏非电阻屏。                                               |
| 5  |      | 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围                                      |
| 6  |      | 提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。                         |
| 7  |      | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。                 |
| 8  |      | 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。      |
| 9  |      | 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s。                 |
| 10 |      | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。                                     |
| 11 |      | QT和QTc实时监测参数测量范围：200~800ms。                                |
| 12 |      | 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 |
| 13 |      | 支持指套式血氧探头，≥IPX7防水等级。                                       |
| 14 |      | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。                                       |
| 15 |      | 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，支持USB导出。                                 |
| 16 |      | 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。                      |
| 17 |      | 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。                                |
| 18 |      | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器。                                     |
| 19 |      | 支持与护士站中心监护系统联网。                                            |
| 20 |      | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息。                          |
| 21 |      | 提供屏幕截图功能，支持USB导出。                                          |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：红外光谱仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                             |
|----|------|---------------------------------------|
| 1  |      | 干涉仪：采用迈克尔逊干涉仪                         |
| 2  |      | 光谱范围：中红外光谱范围≥7800~350cm <sup>-1</sup> |
| 3  |      | 分辨率：光谱分辨率≤1.0cm <sup>-1</sup> 。       |

|                                     |  |                                                       |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| 4                                   |  | 波数准确度：≤0.01cm <sup>-1</sup> 。                         |
| 5                                   |  | 分束器：KBr（溴化钾）镀锗分束器。                                    |
| 6                                   |  | 光源：空气冷却红外光源。                                          |
| 7                                   |  | 软件合规性：配套中文操作软件。                                       |
| 8                                   |  | 附件扩展：支持ATR衰减全反射、气体池、液体池、漫反射、显微红外等附件及热重-红外（TG-FTIR）联用。 |
| 9                                   |  | 配套溴化钾片压片机1台，带相应压片模具                                   |
| 10                                  |  | 具有与设备相匹配的工作站，能够实现图片和文字打印功能                            |
| 11                                  |  | 配套除湿机1台(除湿房间的体积> 1000m <sup>2</sup> )                 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                       |

标的名称：气相色谱仪

| 序号                                  | 参数性质 | 技术参数与性能指标                                                                                              |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   |      | 色谱柱箱温度控制：室温+10℃-400℃                                                                                   |
| 2                                   |      | 检测器：FID                                                                                                |
| 3                                   |      | 进样口配置：SPL进样口≥2个                                                                                        |
| 4                                   |      | 1、氢火焰检测器（FID，带电子气路控制）：最高使用温度：450℃；自动点火装置，自动调节点火气流；具有自动熄火检测功能；最低检测限：<1.5pgC/sec，线性范围：≥10 <sup>7</sup> 。 |
| 5                                   |      | 1、电子压力控制：具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，压力控制精度<0.02kpa。                                                 |
| 6                                   |      | 测量重复性保留时间RSD≤0.1%，峰面积RSD≤0.5%                                                                          |
| 7                                   |      | 基线性能FID噪声≤5×10 <sup>-14</sup> A，漂移≤8×10 <sup>-14</sup> A/h，稳定时间≤20min                                  |
| 8                                   |      | 软件合规性：配套中文操作软件                                                                                         |
| 9                                   |      | 30m毛细管柱                                                                                                |
| 10                                  |      | 1、自动进样器：位数>60位（至少2位洗瓶位）；进样精度：<0.5%RSD；进样时间：<100ms；进样范围：0.2-10uL；具备同一样品瓶多次进样功能:多次进样1-99次。               |
| 11                                  |      | 1、顶空进样器：预加热顶空位≥2个；样品瓶平衡时间可调，带样品瓶自动检漏功能。                                                                |
| 12                                  |      | 具有与设备相匹配的工作站，能够实现图片和文字打印功能                                                                             |
| 13                                  |      | 配套空气发生器1台                                                                                              |
| 14                                  |      | 配套氢气发生器1台                                                                                              |
| 15                                  |      | 高纯氮、高纯氨各1瓶，配套减压阀                                                                                       |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |                                                                                                        |

采购包3：质谱仪

标的名称：质谱仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标        |
|----|------|------------------|
| 1  |      | 离子源配置ESI源，APCI源， |
| 2  |      | 质量分析器：三重四极杆      |
| 3  |      | 质量范围：10-2000 amu |

|                                     |  |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                   |  | 质量准确度（全质量范围内）：<0.1 amu                                                                                                                   |
| 5                                   |  | 质量数稳定性：<0.1 amu/24h                                                                                                                      |
| 6                                   |  | ESI+：1pg利血平，m/z 609-195，信噪比≥250000:1；连续六针RSD≤5%；                                                                                         |
| 7                                   |  | ESI-：1pg氯霉素，m/z 321-152，信噪比≥250000:1；连续六针RSD≤5%                                                                                          |
| 8                                   |  | 全扫描 (Full Scan)，选择离子扫描 (SIM)，子离子扫描 (Product Ion Scan)，母离子扫描 (Precursor Ion Scan)，中性丢失扫描 (Neutral Loss Scan)，多反应同时监测扫描 (MRM)，正/负离子快速切换扫描。 |
| 9                                   |  | 有配套的软件及提供及时的维护、更新服务                                                                                                                      |
| 10                                  |  | 配套氮气发生器、电源，隔离变压器                                                                                                                         |
| 11                                  |  | 配套超高效液相色谱仪，压力1200bar以上。                                                                                                                  |
| 12                                  |  | 控温精度：柱温箱±0.1℃，进样器±0.5℃，室温～80℃控温                                                                                                          |
| 13                                  |  | 交叉污染：≤0.01%，针内外清洗，流路惰性化处理                                                                                                                |
| 14                                  |  | 具备故障诊断功能、支持LIMS系统对接                                                                                                                      |
| 15                                  |  | 质保≥1年，售后响应24小时之内，上门时间48小时之内                                                                                                              |
| 16                                  |  | 具有与设备相匹配的工作站，实现图片和文字打印功能                                                                                                                 |
| 17                                  |  | 高纯氮1瓶，配套减压阀。                                                                                                                             |
| 18                                  |  | 标配色谱柱。                                                                                                                                   |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |  |                                                                                                                                          |

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一.评标要求

#### 1.评标方法

详见须知前附表

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
| 无  |      |      |      |         |                |

采购包2：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
| 无  |      |      |      |         |                |

采购包3：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
|----|------|------|------|---------|----------------|

|   |                       |                  |        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体或联合体各方均为小微企业 | 20.00% | <p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p> | <p>开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表</p> |
|---|-----------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部

门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
|----|------|------|------|---------|----------------|

|   |          |                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表 |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

采购包2：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
|----|------|------|------|---------|----------------|

|   |          |                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表 |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

采购包3：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
|----|------|------|------|---------|----------------|

|   |          |                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 实施本国产品标准 | <p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p> | 20.00% | <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p> | <p>开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表</p> |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：中医经络诊断仪等设备

| 序号 | 符合审查要求概况   | 评审点具体描述                    |
|----|------------|----------------------------|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况 | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证） |

|   |             |                                                                         |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                   |
| 3 | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。   |
| 4 | 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。                                            |
| 5 | 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6 | 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

采购包2：气相色谱仪等设备

| 序号 | 符合审查要求概况    | 评审点具体描述                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）                                              |
| 2  | 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                   |
| 3  | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。   |
| 4  | 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。                                            |
| 5  | 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6  | 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

采购包3：质谱仪

| 序号 | 符合审查要求概况    | 评审点具体描述                                                               |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）                                            |
| 2  | 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                 |
| 3  | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |

|   |           |                                                                         |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 主要商务条款    | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。                                            |
| 5 | 技术部分实质性内容 | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6 | 其他要求      | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

| 评审内容   |      | 评审标准                                                       |    |       |                                                                        |
|--------|------|------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 分值构成   |      | 技术部分58.00分<br>商务部分12.00分<br>报价得分30.00分                     |    |       |                                                                        |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求                                                    | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件                                                         |
|        |      | 根据投标人所投服务对第三章采购需求“技术标准与要求”条款（共25           4条）的响应情况进行评审，最高 |    |       | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料 |

|  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 技术参数要求 | ★为重要技术指标（共8条），每负偏离1项扣0.7分，扣完为止；其余为一般技术指标（共246条），每负偏离1项扣0.1分，扣完为止。<br>(注:①投标人须对招标文件“采购需求”中技术参数内容进行点对点应答并填写技术偏离表，在引用招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释并在技术偏离表中醒目备注佐证文件所在的具体页码（如：P1-P...）未附相关技术佐证文件或提供的技术佐证文件未真实反映该技术参数的，视为该技术参数不满足招标文件要求。②如技术响应中出现缺项漏项或未按照要求应答的视为负偏离。③佐证材料以法定计量机构出具的检测报告或制造商公开发布的印刷资料(如产品彩页或产品说明书)或产品技术白皮书或系统功能截图为准。佐证材料上传至“其他材料”。 | 30.0000 | 客观 | 技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |        |                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 质量保障方案 | 根据投标人提供的质量保障方案包括但不限于①投标产品整体质量的安全性；②投标产品整体质量的稳定性；③投标产品的实用性；④投标产品的操作便捷性；⑤投标产品的技术成熟度及制作工艺的超前性；等内容进行评审。本项最高得10分。每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺失，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。 | 10.0000 | 主观 | 其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |                                                                                                                                                                                                                                               |         |    | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |        |                                                                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术评审 | 供货服务方案 | 根据投标人提供供货服务方案包括但不限于：①供货方案及进度保证措施；②包装及运输；③保管及移交等；等内容进行评审。本项最高得6分。每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺失，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。 | 6.0000 | 主观 | 度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函<br>封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制 |
|      |        |                                                                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案包括但不限于：①培训方案全面、合理可行；②培训人员的专业性；③培训时间安排合理、培训内容清晰目标明确等；等内容进行评审，本项最高得3分。每缺少一项内容扣1分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺失，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。 | 3.0000 | 主观 | 度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |      |                                                                                                                                                                                                                     |        |    | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                          |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                          |        |    | 度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
| 应急方案 | 根据投标人的应急方案进行评价：<br>包含①应对突发状况的预案及保障措施；②应对突发状况的处理流程及人员安排；等内容进行评审。本项最高得4分。每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺失，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。 | 4.0000 | 主观 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                                                                                                                                                                                          |        |    | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                              |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 售后服务 | 根据投标人的售后服务具体措施包括但不限于：①质保期承诺；②设备日常保养；③接到报修电话后及时处理；④耗材维护与更换；⑤处理紧急事故处理方案等；等内容进行评审。本项最高得5分。每缺少一项内容扣1分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的最多扣0.5分，扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺失，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。 | 5.0000 | 主观 | 度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |      |                                                                                                                                                                                                                              |        |    | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |    |                                                                                                               |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商务评审 | 业绩 | 提供供应商近三年类似业绩(2023年1月至投标截止时间)，每提供一个得3分，最高得12分。注：投标文件中需提供合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准。类似业绩指：与本项目采购需求，货物标准、供货内容，相同或相近的业绩。 | 12.0000 | 客观 | 度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|      |    |                                                                                                               |         |    | 开标一览表<br>分项报价表<br>封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |      |                                                                                                                              |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 价格评审 | 价格评审 | F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30.0000 | 客观 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|----------|---------|----------------|
|    |          |      |          |         |                |

|   |          |                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 实施本国产品标准 | <p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p> | 20.00% | <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p> | <p>开标一览表<br/>分项报价表<br/>封面<br/>目录<br/>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br/>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br/>其他材料<br/>技术偏离表<br/>项目组成人员一览表<br/>关于符合本国产品标准的声明函<br/>联合体协议<br/>中小企业声明函<br/>投标人承诺函<br/>缴纳投标保证金证明材料<br/>本国产品成本比例声明表<br/>投标人（供应商）应提交的相关证明<br/>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br/>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br/>主要商务要求承诺书<br/>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br/>投标人业绩情况表<br/>投标人基本情况表<br/>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br/>法定代表人授权委托书<br/>监狱企业证明文件</p> |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |             |
|--|--|--|--|--|-------------|
|  |  |  |  |  | 残疾人福利性单位声明函 |
|--|--|--|--|--|-------------|

采购包2：

采购包2：

| 评审内容   |        | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分值构成   |        | 技术部分58.00分<br>商务部分12.00分<br>报价得分30.00分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 评审因素分类 | 评审内容   | 具体标准和要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 分值      | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 技术参数要求 | 根据投标人所投服务对第三章采购需求“技术标准与要求”条款（共170条）的响应情况进行评审，最高得30分。标记“★”为核心技术指标（1条），核心技术指标不可负偏离，任意一项负偏离将认定为实质性不响应，按照无效投标处理；标记“▲”为重要技术指标（共1条），每负偏离1项扣0.7分，扣完为止；其余为一般技术指标（共168条），每负偏离1项扣0.175分，扣完为止。（注：①投标人须对招标文件“采购需求”中技术参数内容进行点对点应答并填写技术偏离表，在引用招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释并在技术偏离表中醒目备注佐证文件所在的具体页码（如：P1-P...）未附相关技术佐证文件或提供的技术佐证文件未真实反映该技术参数的，视为该技术参数不满足招标文件要求。②如技术响应中出现缺项漏项或未按照要求应答的视为负偏离。③佐证材料以法定计量机构出具的检测报告 | 30.0000 | 客观    | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中 |

|  |        |                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        | 或制造商公开发布的印刷资料(如产品彩页或产品说明书)或产品技术白皮书或系统功能截图为准。佐证材料上传至“其他材料”。                                                                                                                                                                                    |         |    | 没有重大违法记录的<br>书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函                                                                                                                                                                          |
|  | 质量保障方案 | 根据投标人提供的质量保障方案包括但不限于①投标产品整体质量的安全性；②投标产品整体质量的稳定性；③投标产品的实用性；④投标产品的操作便捷性；⑤投标产品的技术成熟度及制作工艺的超前性；等内容进行评审。本项最高得10分。每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺失，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。 | 10.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    | 没有重大违法记录的<br>书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量<br>保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声<br>明函                                                                                                                                                                                                     |
| 供货服务方案 | 根据投标人提供供货服务方案包括<br>但不限于：①供货方案及进度保证<br>措施；②包装及运输；③保管及移<br>交等；等内容进行评审。本项最高<br>得6分。每缺少一项内容扣2分，每<br>有一处存在缺陷或不足、内容不完<br>整或不符合项目实际情况的扣1分<br>，扣完为止。注：缺陷或不足是指<br>内容逻辑混乱，不符合相关的国家<br>、行业标准。不完整指内容具有明<br>显缺失，前后内容无法连贯；不符<br>合项目实际情况指内容脱离了实际<br>情况，不利于采购人实施。 | 6.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需<br>设备和专业技术能力<br>的声明函<br>具有良好的商业信誉<br>和健全的财务会计制<br>度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标<br>准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明<br>材料<br>本国产品成本比例声<br>明表<br>投标人（供应商）应<br>提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会<br>保障资金的良好记录<br>的相关材料<br>具有独立承担民事责<br>任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前 |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术评审 |      |                                                                                                                                                                                                                     |        |    | 三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函                                                                                                                                                            |
|      | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案包括但不限于：①培训方案全面、合理可行；②培训人员的专业性；③培训时间安排合理、培训内容清晰目标明确等；等内容进行评审，本项最高得3分。每缺少一项内容扣1分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺失，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。 | 3.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前 |

|      |                                                                                                                                                                                                      |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                      |        |    | 三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函                                                                                                                                                            |
| 应急方案 | 根据投标人的应急方案进行评价：包含①应对突发状况的预案及保障措施；②应对突发状况的处理流程及人员安排；等内容进行评审。本项最高得4分。每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺失，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。 | 4.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前 |

|      |                                                                                                                                                                                                                              |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                              |        |    | 三年内开展经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函                                                                                                                                                           |
| 售后服务 | 根据投标人的售后服务具体措施包括但不限于：①质保期承诺；②设备日常保养；③接到报修电话后及时处理；④耗材维护与更换；⑤处理紧急事故处理方案等；等内容进行评审。本项最高得5分。每缺少一项内容扣1分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的最多扣0.5分，扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺失，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。 | 5.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前 |

|      |    |                                                                                                               |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    |                                                                                                               |         |    | 三年内开展经营活动没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函                                                                                                                                               |
| 商务评审 | 业绩 | 提供供应商近三年类似业绩(2023年1月至投标截止时间)，每提供一个得3分，最高得12分。注：投标文件中需提供合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准。类似业绩指：与本项目采购需求，货物标准、供货内容，相同或相近的业绩。 | 12.0000 | 客观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书 |

|      |      |                                                                                                                                                              |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |                                                                                                                                                              |         |    | 参加政府采购活动前<br>三年内在经营活动中<br>没有重大违法记录的<br>书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量<br>保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声<br>明函                                                                                                                                                       |
| 价格评审 | 价格评审 | F1指价格项评审因素得分=（评标<br>基准价/投标报价）×100×价格项<br>评审因素所占的权重（注：满足招<br>标文件要求且投标价格最低的投标<br>报价为评标基准价。）最低报价不<br>是中标的唯一依据。因落实政府采<br>购政策进行价格调整的，以调整后<br>的价格计算评标基准价和投标报价<br>。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表<br>分项报价表<br>封面<br>目录<br>具备履行合同所必需<br>设备和专业技术能力<br>的声明函<br>具有良好的商业信誉<br>和健全的财务会计制<br>度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标<br>准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明<br>材料<br>本国产品成本比例声<br>明表<br>投标人（供应商）应<br>提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会<br>保障资金的良好记录<br>的相关材料<br>具有独立承担民事责 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前<br>三年内在经营活动中<br>没有重大违法记录的<br>书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量<br>保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声<br>明函 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形                                                                                                              | 扣除比例<br>(C1) | 具体标准和要求                                                                                                                                                   | 关联投标（响应）文<br>件格式文件                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于<br>货物，包括政府采购<br>货物项目和服务项目<br>中涉及的货物。适用<br>本国产品标准的货物<br>具体是指《政府采购<br>品目分类目录》中的<br>货物类产品，但不包<br>括其中的房屋和构筑 | 20.00%       | 政府采购活动中既有<br>本国产品又有非本国<br>产品参与竞争的，依<br>法对本国产品给予价<br>格评审优惠，对本国<br>产品的报价给予20%<br>的价格扣除，用扣除<br>后的价格参与评审。<br>当采购项目或者采购<br>包中含有多种产品，<br>供应商为该采购项目<br>或者采购包提供的符 | 开标一览表<br>分项报价表<br>封面<br>目录<br>具备履行合同所必需<br>设备和专业技术能力<br>的声明函<br>具有良好的商业信誉<br>和健全的财务会计制<br>度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标<br>准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明<br>材料<br>本国产品成本比例声<br>明表 |

|  |  |                                                                   |  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 |  | 合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

采购包3：

采购包3：

| 评审内容   |      | 评审标准                                                             |    |       |                                                                                              |
|--------|------|------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分值构成   |      | 技术部分58.00分<br>商务部分12.00分<br>报价得分30.00分                           |    |       |                                                                                              |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求                                                          | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件                                                                               |
|        |      | 根据投标人所投服务对第三章采购需求“技术标准与要求”条款（共18条）的响应情况进行评审，最高得30分。标记“★”为核心技术指标（ |    |       | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表 |

|  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 技术参数要求 | 0条），核心技术指标不可负偏离，任意一项负偏离将认定为实质性不响应，按照无效投标处理；标记“▲”为重要技术指标（共0条），其余为一般技术指标（共18条），每负偏离1项扣1.67分，扣完为止。（注：①投标人须对招标文件“采购需求”中技术参数内容进行点对点应答并填写技术偏离表，在引用招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释并在技术偏离表中醒目备注佐证文件所在的具体页码（如：P1-P...）未附相关技术佐证文件或提供的技术佐证文件未真实反映该技术参数的，视为该技术参数不满足招标文件要求。②如技术响应中出现缺项漏项或未按照要求应答的视为负偏离。③佐证材料以法定计量机构出具的检测报告或制造商公开发布的印刷资料(如产品彩页或产品说明书)或产品技术白皮书或系统功能截图为准。佐证材料上传至“其他材料”。 | 30.0000 | 客观 | 关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表                                                                                                                                                                                          |

|  |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 质量保障方案 | <p>根据投标人提供的质量保障方案包括但不限于①投标产品整体质量的安全性；②投标产品整体质量的稳定性；③投标产品的实用性；④投标产品的操作便捷性；⑤投标产品的技术成熟度及制作工艺的超前性；等内容进行评审。本项最高得10分。每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺失，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。</p> | 10.0000 | 主观 | <p>关于符合本国产品标准的声明函<br/>联合体协议<br/>中小企业声明函<br/>投标人承诺函<br/>缴纳投标保证金证明材料<br/>本国产品成本比例声明表<br/>投标人（供应商）应提交的相关证明<br/>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br/>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br/>主要商务要求承诺书<br/>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br/>投标人业绩情况表<br/>投标人基本情况表<br/>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br/>法定代表人授权委托书<br/>监狱企业证明文件<br/>残疾人福利性单位声明函</p> |
|  |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    | <p>封面<br/>目录<br/>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br/>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br/>其他材料<br/>技术偏离表</p>                                                                                                                                                                                                                  |

|      |        |                                                                                                                                                                                                   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术评审 | 供货服务方案 | 根据投标人提供供货服务方案包括但不限于：①供货方案及进度保证措施；②包装及运输；③保管及移交等；等内容进行评审。本项最高得6分。每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺失，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。 | 6.0000 | 主观 | 项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|      |        |                                                                                                                                                                                                   |        |    | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料                                                                                                                                                                                                                             |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案包括但不限于：①培训方案全面、合理可行；②培训人员的专业性；③培训时间安排合理、培训内容清晰目标明确等；等内容进行评审，本项最高得3分。每缺少一项内容扣1分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺失，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。 | 3.0000 | 主观 | 技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |      |                                                                                                                                                                                                                     |        |    | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |      |                                                                                                                                                                                                          |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 应急方案 | 根据投标人的应急方案进行评价：<br>包含①应对突发状况的预案及保障措施；②应对突发状况的处理流程及人员安排；等内容进行评审。本项最高得4分。每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺失，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。 | 4.0000 | 主观 | 技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |      |                                                                                                                                                                                                          |        |    | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                              |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 售后服务 | 根据投标人的售后服务具体措施包括但不限于：①质保期承诺；②设备日常保养；③接到报修电话后及时处理；④耗材维护与更换；⑤处理紧急事故处理方案等；等内容进行评审。本项最高得5分。每缺少一项内容扣1分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的最多扣0.5分，扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺失，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。 | 5.0000 | 主观 | 技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |      |                                                                                                                                                                                                                              |        |    | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |    |                                                                                                                      |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商务评审 | 业绩 | 提供供应商近三年类似业绩(2023年1月至投标截止时间), 每提供一个得3分, 最高得12分。注: 投标文件中需提供合同原件扫描件, 时间以合同签订时间为准。类似业绩指: 与本项目采购需求, 货物标准、供货内容, 相同或相近的业绩。 | 12.0000 | 客观 | 其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人(供应商)应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|      |    |                                                                                                                      |         |    | 开标一览表<br>分项报价表<br>封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉                                                                                                                                                                                                                                                   |

|      |      |                                                                                                                              |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 价格评审 | 价格评审 | F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30.0000 | 客观 | 和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|----------|---------|----------------|
|    |          |      |          |         | 开标一览表<br>分项报价表 |

|   |          |                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 实施本国产品标准 | <p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p> | 20.00% | <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p> | <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>关于符合本国产品标准的声明函</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>本国产品成本比例声明表</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                       |                  |        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       |                  |        |                                                                                                                                                           | 开标一览表<br>分项报价表<br>封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>关于符合本国产品标准的声明函<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>本国产品成本比例声明表<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件 |
| 2 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体或联合体各方均为小微企业 | 20.00% | 1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |  |  |             |
|--|--|--|--|--|-------------|
|  |  |  |  |  | 残疾人福利性单位声明函 |
|--|--|--|--|--|-------------|

异常低价审查:

采购包1:

| 序号 | 评审点要求概况 | 异常低价的情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 异常低价审查  | <p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价&lt;最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> |

采购包2:

| 序号 | 评审点要求概况 | 异常低价的情形 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 异常低价审查 | <p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价&lt;最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

采购包3：

|    |         |         |
|----|---------|---------|
| 序号 | 评审点要求概况 | 异常低价的情形 |
|----|---------|---------|

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 异常低价审查 | <p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价&lt;最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>。</p> |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同内容及格式

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目(填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: \_\_\_\_\_

(二)交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四)乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

## (服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:\_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):\_\_\_\_\_

(三)服务地点:\_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

### 七、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                             |
| 项目编号                      |                                                                                                                             |
| 采购人                       |                                                                                                                             |
| 使用人                       |                                                                                                                             |
| 供应商                       |                                                                                                                             |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书<br>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书<br>4.投标（响应）文件<br>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                        |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。                                                                                           |
| 验收人员名单及组成                 | 1. 采购人代表：<br>2. 采购代理机构代表：<br>3. 第三方专业机构代表及专家：<br>4. 其他供应商代表：                                                                |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：                                                   |
| 验收人员签字                    | 年 月 日                                                                                                                       |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日                                         |
| 备注                        |                                                                                                                             |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                             |
| 项目编号                      |                                                                                                                             |
| 采购人                       |                                                                                                                             |
| 使用人                       |                                                                                                                             |
| 供应商                       |                                                                                                                             |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书<br>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书<br>4.投标（响应）文件<br>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                                 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。                                                                                           |
| 验收人员名单及组成                 | 1. 采购人代表：<br>2. 采购代理机构代表：<br>3. 第三方专业机构代表及专家：<br>4. 其他供应商代表：                                                                |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：                                                   |
| 验收人员签字                    | 年 月 日                                                                                                                       |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日                                         |
| 备注                        |                                                                                                                             |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

|                           |                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                               |
| 项目编号                      |                                                                                                                               |
| 采购人                       |                                                                                                                               |
| 使用人                       |                                                                                                                               |
| 供应商                       |                                                                                                                               |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.成交公告及成交通知书<br>3.磋商、谈判文件<br>4.响应文件<br>5.供应商的承诺及保证（如有）<br>6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                                 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。                                                                                             |
| 验收人员名单及组成                 | 1. 采购人代表：<br>2. 采购代理机构代表：<br>3. 第三方专业机构代表及专家：<br>4. 其他供应商代表：                                                                  |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：                                                     |
| 验收人员签字                    | 年 月 日                                                                                                                         |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日                                           |
| 备注                        |                                                                                                                               |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1：中医经络诊断仪等设备

#### 通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：本国产品成本比例声明表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册：

- 详见附件：开标一览表
- 详见附件：分项报价表

### 采购包2：气相色谱仪等设备

#### 通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

#### 采购包3：质谱仪

##### 通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表