

医护型养老保健服务中心设备采购项目

公开招标文件

采购单位名称：达茂旗蒙医医院

采购代理机构名称：内蒙古国佳工程项目管理有限责任公司

项目编号：BTZCDMS-G-H-260048

2026年10月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古国佳工程项目管理有限责任公司 受 达茂旗蒙医医院 委托，采用公开招标方式组织采购 医护型养老保健服务中心设备采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 医护型养老保健服务中心设备采购项目
- 项目编号： BTZCDMS-G-H-260048
- 采购计划备案号： 包政采计划[2026]达茂00850
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 合同包一
- 采购包预算金额（元）： 1,900,000.00
- 采购包最高限价（元）： 1,900,000.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	移动升降助浴床	1.00	20,000.00	套	工业	否	否	否	否
2	高频振动排痰机P30	2.00	52,000.00	套	工业	否	否	否	否
3	等速训练管（9个）	1.00	80,000.00	套	工业	否	否	否	否
4	低频体外膈肌起搏器	1.00	19,000.00	套	工业	否	否	否	否
5	肌力测试仪	1.00	30,000.00	套	工业	否	否	否	否
6	关节活动度测试仪	1.00	30,000.00	套	工业	否	否	否	否
7	吞咽神经肌肉电刺激仪	1.00	25,000.00	套	工业	否	否	否	否
8	吞咽神经和肌肉电刺激仪	1.00	30,000.00	套	工业	否	否	否	否
9	多功能生物反馈诊疗系统	1.00	40,000.00	套	工业	否	否	否	否
10	认知训练评估康复系统	1.00	65,000.00	套	工业	否	否	否	否
11	足底压力平衡测试仪	1.00	90,000.00	套	工业	否	否	否	否

12	老年智能监护设备	1.00	150,000.00	套	工业	否	否	否	否
13	血液透析机	5.00	550,000.00	套	工业	是	否	否	否
14	肠内营养泵	2.00	14,000.00	套	工业	否	否	否	否
15	中心供氧系统	1.00	300,000.00	套	工业	否	否	否	否
16	半自动体外除颤仪	3.00	30,000.00	套	工业	否	否	否	否
17	电动移位器	2.00	9,000.00	套	工业	否	否	否	否
18	便携式彩色多普勒超声诊断仪	1.00	300,000.00	套	工业	否	否	否	否
19	24小时动态心电图工作站	1.00	36,000.00	套	工业	否	否	否	否
20	动态血压监测仪	1.00	30,000.00	套	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

1、特定资格要求：（1）根据所投设备分类，如属于一类医疗器械，投标人是生产企业的需提供有效的一类生产备案凭证；如属于二类医疗器械，投标人是生产企业的需提供有效的《医疗器械生产许可证》，投标人是经营企业的需提供生产企业的《医疗器械生产许可证》；如属于三类医疗器械，投标人是生产企业的需提供有效的《医疗器械生产许可证》，投标人是经营企业的需提供《医疗器械经营许可证》以及生产企业的《医疗器械生产许可证》。 投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古国佳工程项目管理有限责任公司

地址： 内蒙古自治区包头市青山区内蒙古自治区包头市青山区少先路2号包头市商会大厦1-1101A

邮编： 014030

联系人： 内蒙古国佳工程项目管理有限责任公司

联系电话： 0472-6237469

采购单位名称： 达茂旗蒙医医院

地址： 百灵庙镇

邮编： 014500

联系人： 樊晓荣

联系电话： 16647208555

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》内工建协（2022）034号文件收费标准收取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家

20	中标供应商数量	采购包1: 1名
21	中标候选供应商数量	采购包1: 3名
22	报价形式	详见第一章,“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1: 组织现场踏勘: 否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包, 本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	1.本项目为电子标, 制作投标文件时请到内蒙古自治区政府采购网首页自行学习操作方法(网站中有操作手册), 如遇问题无法解决可联系技术服务热线电话: 400-0471-010转2, 开评标技术支持专线: 15949411084、15047811532(备用)进行咨询; 2.本项目为远程开标, 投标人需提前半小时登录系统签到, 开标时远程解锁、确认。开标前, 各投标人可提前检测CA运行情况并进行签章测试, 如遇故障及时联系所办理CA的技术电话。确保电脑可正常登陆、解密及签章, 本项目设置解密、签章确认时间均为30分钟, 如供应商在规定时间内无法解密或签章, 造成响应无效的责任自负。 。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标, 流程如下:

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上投标操作, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网 (<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要投标的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目投标信息页面, 在右侧选择要投标的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后, 获取所投项目招标文件, 并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳(如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金, 同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行投标信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称, 且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息, 将投标保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: **、采购包: **的投标保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中, 同时在开标时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于投标保证金到账需要一定时间, 请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证

书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指达茂旗蒙医医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古国佳工程项目管理有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照规定提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求
采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。（提供上一年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收或依法缴纳税收承诺书；和社会保险的相关凭据或依法缴纳社会保障资金承诺书）。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供承诺函或相关证明材料）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单（等同于重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求
采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	（1）根据所投设备分类，如属于一类医疗器械，投标人是生产企业的需提供有效的一类生产备案凭证；如属于二类医疗器械，投标人是生产企业的需提供有效的《医疗器械生产许可证》，投标人是经营企业的需提供生产企业的《医疗器械生产许可证》；如属于三类医疗器械，投标人是生产企业的需提供有效的《医疗器械生产许可证》，投标人是经营企业的需提供《医疗器械经营许可证》以及生产企业的《医疗器械生产许可证》。投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）。

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3. 评标

详见第五章

4. 中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5. 中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七. 询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

达茂旗蒙医医院医护型养老保健服务中心设备采购，详见招标文件

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后15日历天完成供货及安装
2		标的提供地点	达茂旗蒙医医院
3		合同履约期限	合同签订后15日历天完成供货及安装
4		合同履约地点	达茂旗蒙医医院
5		验收要求	符合国家及行业相关标准，符合采购人要求
6		合同支付方式	1、签订合同后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的90.00% 2、验收通过后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的10.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：移动升降助浴床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品规格： 外形尺寸:2180*870*690-930mm(含护栏) 内径尺寸:1950*630*450-690mm(不含护栏)
2		材料工艺： 1.床架采用30*60*1.2mm优质矩形钢管，连接件采用≥3mm厚冲压钢件，焊接处平整光滑，坚固耐用， 表面烤漆处理，无刮痕，无毛刺，无棱角，活动支架，背部床板采用双"V"型双支撑卸力结构，结构卸力均匀、分散。很大程度上提高了病床的安全性。 2.床体喷涂工艺:床体涂覆具有抗静电粉体，抗酸碱腐蚀。

3		功能配置: 1.两组摇把:摇手采用不锈钢把手，每支摇杆独立承重 ≥700KG。摇杆采用万向联轴节结构，使用双向极限保护装置，无噪音;并有防护装置不积尘，摇柄可折叠收放。 2.调节范围: 床面整体升降范围:450-690mm(不含护栏) 背部倾斜角度:0-15° 3.护栏:双侧设有折叠式不锈钢全包围式护栏，带有锁定结构件，护栏可180°旋转放下，床头床尾为卡簧式插拔不锈钢护栏。 4.床垫:采用高韧性环保皮划艇料制成，垫内夹高密度EVA;可拆下清洁消毒。 5.脚轮采用≥125mm静音脚轮，独立刹车，内置全封闭自润滑轴承，静音耐磨。 6.床体可承载最大重量240kg。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高频振动排痰机P30

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用高频胸壁振动原理，全胸包裹式背心式气囊 2.压力范围:3-30mmHg，压力≥27级可调 3.工作频率:1-20Hz范围可调 4.工作噪声:≤65dB(A) 5.时间调节:1-60min 6.具备儿童、成人等病人类型选择 7.彩色液晶触摸屏，尺寸≥10英寸 8.工作模式≥4种:常规模式;循环模式;梯度模式;自定义模式 9.可设置>5种自定义模式 10.开关功能:可通过手柄开关中断振动排痰 11.自动调节功能:可实现治疗过程中压力和治疗频率自动检测和调节功能 12.具备咳嗽暂停功能，暂停时间10s-300s 13.治疗查询功能，可回顾≥60条历史治疗信息 14.背心气囊可拆卸清洗、组装 15.具备全面的报警系统，拥有声、光、文字等报警系统。 16.设备可为吸痰器供电，且吸痰器可装配在设备台车上 17.具备雾化功能，雾化档位弱、中、强三档可调 18.标配配备背心气囊、背心护套与台车 19.使用年限≥10年
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：等速训练管（9个）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		坐式推胸/划船训练器
		1 整机尺寸(MM):1020x1310x780
		2机器重量(KG):53KG
		3阻力词节:6LEVELS
		扩胸/后三角肌训练器
		1、 整机尺寸(MM):990x1290x720
		2、 机器重量(KG):55KG
		3、 力调节:6LEVEL5
		肩部/高拉背训练器
		1、 整机尺寸(MM):990*1300*720
		2、 机器重量(KG):54KG
		3、 阻力调节:6LEVELS
		二头肌/三头肌训练器
		1、 整机尺寸(MM):1050x850x740
		2、 机器重量KG:38KG
		3、 阳力调节:6LEVELS
		伸腿/曲腿训练器
		1、 整机尺寸(MM):1395x1365x775
		2、 机器重量(KG):54KG
		3、 阻力调节:6LEVELS
		大腿内/外侧训练器
		1、 整机尺寸(MM):1375x1400x720
		2、 机器重量(KG):59KG
		3、 阻力调节:6LEVELS
		深蹲训练器
		1、 整机尺寸(MM):1760x1340x720
		2、 机器重量(KG):62KG
		3、 阻力调节:6LEVELS
		深蹲训练器
		1、 整机尺寸(MM):1240x990x720
	2、 机器重量(KG):47KG	
	3、 阻力调节:6LEVELS	
	深蹲训练器	
	1、 整机尺寸(MM):1020x930x950	
	2、 机器重量(KG):34KG	
	3、 阻力调节:6LEVELS	
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：低频体外膈肌起搏器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		脉冲频率:可调单频,30Hz-50Hz,可选择，默认标准状态40Hz;

2		脉冲宽度:≥200us
3		起搏次数:5-50次/分钟可选择，默认标准状态9次/分钟；
4		刺激强度(输出脉冲幅度):0~30档,可调节;最大30V；
5		治疗时间:1-120min，可选择，有倒计时功能；
6		具有贴片位置提示功能；
7		内置锂电池:充电≤4小时即可充满，满电后可持续使用≥8小时；
8		具有触摸屏显示、触摸屏大于7寸，蜂鸣器提醒功能；
9		脉冲幅度值:在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度不大于30V；
10		治疗模式:对称模式、不对称模式、交替模式；
11		语音提示:呼气/吸气，音量可调，支持外放或耳机，场景化训练；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肌力测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		显示屏:配备≥1.5英寸OLED显示屏。
2		测试压头:配备≥3种压头，包括指压头、平面压头和长弧面压头。
3		测试方式:采用抵抗测试方式，测量肌肉收缩力量。
4		测量范围:0~50KG/0~490N/0~110LBS。
5		测量精度:精度为±1%FS或±0.1KG。
6		测量分辨率:可根据测试对象灵活切换。
7		软件系统:支持峰值力显示、力变化曲线绘制、测试数据记录与存储。可根据需求预设测试时间，灵活切换阈值设置
8		主机重量:≥0.25KG
9		尺寸:长90mm*宽50mm*高190mm。
10		电池容量:内置≥1500mAh大容量电池。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：关节活动度测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		配备≥1.5英寸OLED显示屏。
2		测量范围覆盖0~180°。
3		测量精度达到±1%FS或±1°。
4		测量分辨率为≥1°
5		配备智能软件系统:实时显示最大角度;支持测试数据记录。
6		主机重量≤0.18KG
7		尺寸:长90mm*宽50mm*高155mm。
8		电池容量：内置≥1500mAh大容量电池。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吞咽神经肌肉电刺激仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		吞咽神经肌肉电刺激仪适用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练
2		功能:吞咽障碍构音障碍评估、治疗和训练, 满足轻中重都不同患者的临床需求
3		评估:根据机器测定 α 值的大小确定吞咽障碍的程度—正常、轻度、重度, 以此确定治疗及训练的方案。
4		输出模式:可应用于成人和儿童, 有4种输出模式:成人连续脉冲模式、儿童交替脉冲模式、手动触发脉冲模式和自动触发脉冲模式。
5		治疗方式: 1、脉冲强度:0~30mA分50档可调。 2、脉冲宽度:100us~300us分11档可调。 3、脉冲间隔:100us, 精度 $\pm 10\%$ 。 4、脉冲频率:20Hz~100Hz可调。
6		训练模式: 1、脉冲宽度:分5~500ms可调节。 2、脉冲强度:0~30mA分50档可调。 3、间隔时间1s~5s可调节, 跨距增量1s。
7		刺激仪的开路输出电压, 电路电压峰值 $\leq 150V$ 。
8		定时设定范围:1min~99min, 跨距增量为1min。
9		生产企业拥有合法生产经营资质。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 吞咽神经和肌肉电刺激仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		输入功率:80VA
2		使用电源:220V, 50Hz;
3		产品组成:由主机、输出线、电源线、手持控制器、电极组成。
4		操作方式:彩色液晶触摸屏, 配合一键飞梭进行定位操作。
5		通道数量:单通道台面机型;
6		治疗功能:同时具备评估、治疗及训练三种功能;
7		评估模式下, 具有自动计算 α 值(评估值)的功能, 并可将评估结果保存至病历中。
8		具有治疗结束提醒功能。治疗结束具有声音提醒;
9		具有收藏设置参数功能, 治疗结束后可以在病历列表中调取;
10		▲设备内置电极放置和粘贴示意图;
11		患者病历信息管理:记录患者详情信息, 可新增、查询、删除、导出病历信息;
12		具有定时功能, 时间范围1~99分钟, 步长为1分钟;
13		辅极:小脑顶核电刺激功能;
14		主电极具有5种输出模式:成人连续模式, 儿童交替模式, 手控触发脉冲模式, 自动触发脉冲模式, 评估模式
15		主电极开路输出电压:开路输出峰值电压 $\leq 500V$
16		电刺激仪连续工作时间 $\geq 8h$

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：多功能生物反馈诊疗系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		嵌入式计算机系统、医用隔离电源
2		内置标准的USB接口
3		支持多种电源工作模式：包括网电源及锂电池直流供电。
4		嵌入式彩色液晶显示器;内置扬声器。
5		EMG放大器灵敏度:2~1000 μ V。
6		刺激波形:方波、调制波。
7		刺激频率:1Hz~250Hz。
8		脉冲宽度:50~600 μ s。
9		上升和下降时间:0~10S。
10		最大刺激持续时间: $\geq$ 60S。
11		五种治疗模式，包括： (1)PBF1、PNF2肌电生物正反馈模式可自动或手动设置触发阈值。 (2)NBF肌电生物负反馈模式(多媒体生物反馈)。 (3)TENS1模式(感觉功能障碍及神经促通治疗)。 (4)TENS2模式(失神经治疗)。 (5)ESFN(小脑顶核仿生电刺激)。
12		健侧驱动患侧“协同治疗”模式。
13		▲具备NBF模式分析表面肌电峰值、平均值及面积。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：认知训练评估康复系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		支持双屏分控模式:系统既可单屏运行，又可双屏运行。双屏模式时为主试者和被试者提供功能与操作均不相同的屏幕控制。
2		反馈记录全媒体化:系统可实时全程录制主试者及被试者的语音，捕获被试者的屏幕，可全程记录被试者的多种反馈，再现评测现场数据。
3		评估操作简单一致:评估控制操作界面风格统一，操作方式一致，可随时了解评估进度及已评估情况，使各类多样的量表操作化繁为简，测试过程轻松化，便于针对不同类型患者开具特定处方。
4		提供专业的认知康复训练: $\geq$ 100种认知康复训练，包括:结构能力、定向能力、专注能力、日常知识、语言训练、记忆能力、计算能力、推理能力等能力训练
5		打印结果报告:系统可打印评估报告及训练报告。
6		用户管理:系统可进行多种权限设置。
7		支持系统量表库中量表数据更新，实现量表扩展和升级。
8		系统可自由设置视觉和听觉的反馈及其组合。
9		系统自动分析形成临床报告，定制化打印。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：足底压力平衡测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		技术参数 1.图像实时显示功能:包括足迹、压力分布图像实时显示功能。 2.支持站立静态测量模式式下分析足底压力并进行综合评估 3.支持足底2D、3D足底压力图谱显示。 4.足底压力分析包括脚型、足弓指数、平均压强、峰值压强、前脚掌平均压强、前脚掌峰值压强、足弓平均压强、足弓峰值压强、足跟平均压强、足跟接触面积、前掌面积占比、足弓面积占比、足跟面积占比的数据。 5.显示足弓指数，提供正常足弓值范围。 ▲6.出具稳定性分析报告:包括COP振幅、COP轨迹、COP轨迹分析
2		运行环境 1.硬件环境:CPU:配置≥CoreI51250H 内存:不低于16G、硬盘:不低于500G 2.软件环境:操作系统win10及兼容版本
3		传感器采集频率:不低于800Hz
4		传感器个数:A平台≥4000个
5		单个传感器面积:25mm*2
6		准确度:在(10~200)kg范围内，允差:最大量程的±2%
7		力分布精密度:在(10~200)kg范围内相对标准偏差RSD≤3%
8		最大量程:不低于200kg
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：老年智能监护设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		工作频率:60GHz
2		调频模式:FMCW
3		在线调试/升级:OTA升级
4		工作电源:DC5V—1A
5		工作温度:-15℃-65℃
6		供电形式:Type-C
7		作用距离:0.5m~3m
8		无线通信方式:WiFi，质保要求:3年。
9		呼吸心率检测:心率:45~120bpm,呼吸:8~45bpm。
10		支持呼吸、心率报警阈值可调
11		支持进入离开床告警
12		支持呼吸、心率过高/过低报警
13		呼吸暂停检测
14		支持设备在线/离线报警

15		支持HRV心率变异性指数检测
16		支持心跳波形输出
17		支持快速离床检测
18		支持体动和翻身检测
19		支持快速眼动检测
20		支持智能巡更
21		雷达距离人体50cm以内的呼吸心率检测
22		▲二类医疗器械证书 无线通信方式:Wi-FiIEEE 802.11b/g/n 2.4GHz， 蓝牙4.2
23		输入参数:5V=1A
24		功耗:额定功率5w
25		采用顶装模式，可监测3x3米范围内人存和跌倒情况。可以检测范围内有无情况:跌倒预警;固定时段无活动提醒;驻留预警;疑似跌倒判断。具备自主学习功能，可通过自适应感知监。测空间内的墙壁、家具、物体等，从而更准确的做出跌倒预警功能。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：血液透析机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		机身尺寸:机身宽度≤450mm,深度≤500mm
2		设备使用年限:≥10年
3		▲供水:压力范围至少包含:1-6.5bar;温度范围:5 °C~30°C。
4		透析液流速::300~700mL/min
5		透析液温度::33.0~40.0°C， 有超温报警。
6		超滤速度::0.50~4.00L/h
7		动脉血泵::40~600mL/min。
8		肝素泵:设置范围:0.0~9.0mL/h。
9		空气监测器:超声波检测;精度≤0.03mL。
10		动脉压:-300~+450mmHg;测量精确度:±10mmHg。
11		▲静脉压::-300~+450mmHg;测量精确度:±10mmHg。
12		▲TMP:-100~+450mmHg;测量精确度:±10mmHg。
13		电导率:12.5~16.0mS/cm。
14		治疗模式:用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤。
15		人机交互:≥12.5英寸彩色液晶显示，触摸屏，可旋转。
16		▲漏血检测器:采用红、绿双色光监测。
17		治疗界面显示:包括动脉压、静脉压、跨膜压、超滤速度等。
18		报警功能:具有声光报警指示，采用多种颜色报警指示灯。
19		消毒模式:支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液，热水柠檬酸消毒温度最高可达80°C。
20		后备电池:停电时自动跳转后备电池供电。运行时间≥20分钟
21		个性化透析:可预存≥7条透析液浓度曲线。

22		超滤系统:采用平衡与超滤控制系统。
23		干粉支架:标配碳酸氢盐干粉自动配制系统。
24		透析液过滤:标配透析液过滤器支架组件。
25		自检:全功能数字化自检。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肠内营养泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		具有多种输液模式:恒速模式、恒速序列模式等
2		模块化设计多个泵自组合功能:可与注射泵、输液泵进行模块式任意组合，最多可组合12个模块泵组。
3		具有选配营养液加温功能
4		安全性能:营养泵在单一故障状态下可能传输的最大容量≤0.2mL
5		内置可充电锂电池，25mL/h速度连续输注续航时间可达8小时以上，不拆机可更换电池
6		报警功能:包括交流掉电、电池欠压、电池耗尽、等待操作、开门、气泡、管道阻塞、预设完成、电机故障、加温故障、累积量超限报警
7		警声压要求:45dB(A)~85d(A)声压范围
8		具有校准功能，适用不同品牌输注管路
9		输液误差:平均流速误差±5%
10		输液模式及速度范围： 恒速模式:1.0mL/h~1200mL/h，步进0.1mL/h 恒速序列模式：1.0mL/h~1200mL/h，可设定≥24组不同预设量和时间
11		快注输注速度及冲洗速度范围:100mL/h~1200mL/h，步进100mL/h
12		累积量显示范围:0.0~9999.9mL
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中心供氧系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		本次医用气体工程主要包含医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、呼叫系统、病房设备带及配套设施系统。
		一、招标范围 1医用中心供氧系统 包含氧源氧气汇流排、氧气二级减压装置、氧气流量计、压力报警装置、阀门、管道等（氧气管道还要连接原有低温液氧储气罐）。 2医用中心吸引系统 包含医用真空负压机（含真空泵、控制柜等）、真空罐、阀门、管道等。 3医用压缩空气系统 包含空气机组、空气二级减压装置、阀门、管道等。 4呼叫系统 包含智能呼叫主机、走廊显示屏、呼叫分机、紧急按钮。

5病房设备带及配套设施系统

包含医疗设备带、气体终端、电源插座、床头灯、灯开关等。

6技术标准及规范要求

包含但不限于以下设计和施工遵循的技术标准、规范：

GB 150.1~GB150.4-2011《压力容器》【合订本】

GB 50016-2014《建筑设计防火规范》

GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB 50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》

YY/T 0186-1994《医用中心吸引系统通用技术条件》

YY/T 0187-1994《医用中心供氧系统通用技术条件》

国家、行业、地方等其它现行的相关标准、技术规范及法律法规等。

二、项目具体技术要求

1医用中心供氧系统

医用中心供氧系统由氧气二级减压装置、氧气流量计、压力报警装置（氧气、吸引）、阀门、管道等组成。

1.1医用中心供氧系统主要技术参数

- (1) 氧气终端使用流量： $\geq 10\text{L/min}$
- (2) 每层（每区）配置一个氧气控制阀
- (3) 系统小时泄漏率： $\leq 0.5\%$
- (4) 氧气最远端压力损耗： $\leq 10\%$
- (5) 氧气管道气体流速： $\neq 10\text{m/s}$
- (6) 终端保证气压： $0.2\sim 0.4\text{Mpa}$ （可调）
- (7) 系统运行方式：各终端连续用气，停电时不停供气
- (8) 氧气终端可区分其它气体终端

1.2二级减压装置

(1) 供氧系统采用二级减压装置，氧气经供氧站一级减压至 $0.5\sim 0.8\text{Mpa}$ 后进入主管道，根据各科室的压力使用情况，再经过楼层的二级减压装置减压至 $0.2\sim 0.4\text{Mpa}$ （可调）后送入终端用氧处。

(2) 采用双路减压设计，一用一备。当一路减压阀故障时，打开备用减压阀即可供气，保证病区氧气不停气。

(3) 输入压力： 0.8MPa ，输出压力： 0.4MPa ；（可调）

(4) 输出流量： $\geq 20\text{m}^3/\text{h}$ ；

(5) 二级减压装置中必须设有安全阀，确保出口压力符合使用要求。当压力超过规定值时，安全阀自动打开卸压；当卸压后压力低于规定值时，安全阀立即自动回座，以保持压力的稳定，不影响气体运行。

(6) 二级减压装置需经过气体泄漏检测及电子电气产品中限用物质的限量要求。

1.3氧气流量计

配备气体流量计。

测量范围：0~300L/min。

可显示氧气使用累计量。

1.4压力报警装置

在病区的护士站设置医用气体压力报警装置，主要用于医用气体管道超欠压报警。护士可直接监视医用气体系统使用实际压力，出现异常时就地进行声光报警。

医用气体压力报警装置须具有闪光蜂鸣器报警及断电记忆功能。

正压低压报警值：0.2Mpa（可调）

正压高压报警值：0.6Mpa（可调）

负压低真空报警值：-0.02Mpa（可调）

负压高真空报警值：-0.07Mpa（可调）

2医用中心吸引系统

医用中心吸引系统由医用真空负压机（含真空泵、控制柜等）、真空罐、阀门、管道等组成。

2.1负压机组要求

- （1）最大抽气量：2.25m³/min×2台；
- （2）工作压力调节范围：-0.07MPa~-0.02 MPa(可调)；
- （3）吸引站噪声：≤75dB(A)；
- （4）电机功率：2.25KW/台；
- （5）吸引终端抽气速率：≥30L/min；
- （6）泵自动启停参数：启动≥-0.02MPa，停止≤-0.07MPa（可调）；

2.2真空泵

- （1）类型：油环式真空泵
- （2）电机功率：2.25KW（380V）；
- （3）极限真空：-0.09MPa；
- （4）工作调节范围：-0.07MPa~-0.02MPa（可调）；
- （5）泵工作自动启、停参数：当负压达到-0.07MPa,真空泵自动停机；当负压达到 -0.02MPa,真空泵自动开机；
- （6）配置1台电控柜（含在医用真空负压机中），电控柜控制真空泵，以达到1用1备或2台同时使用的目的，保证系统连续抽气。

2.3真空罐

在吸引中心站内配置2台真空罐。

主要技术参数：

规格：1.0m³；

材质：碳钢

作用：聚积、分流气体、排污

工作压力：-0.07MPa~-0.02MPa

3医用设备带

- （1）本项目设备带选用铝合金设备带，设备带宽度≥200mm、高度≥55mm、壁厚≥1.2mm。
- （2）根据国家建筑安装行业有关规定，为提高安全性，设备带内部结构具有强电、

弱电、气体管路分槽安装功能，充分考虑安装、维修方便和使用安全性、功能有效性。

(3) 铝合金设备带外表面经静电喷塑（颜色根据院方需求调整），设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果，设备带长度根据医院要求及病房情况分段或通长布置。

(4) 设备带上设置氧气、吸引、空气等自封式快速插座、维修阀、漏电保护开关、电源插座、床头灯和灯开关等，全部采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。

(5) 设备带上氧气支管设有维修阀。

(6) 设备带上气体终端采用国标式自封插拔快速接头，可插入氧气湿化瓶、麻醉机和呼吸机等医疗器械的气体插头。

(7) 设备带安装高度为中心距地面1.4米。

(8) 设备带需经过GB9706.1-2020医用电气设备第1部分:基本安全和基本性能的通用要求、GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法附录C、GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾》。

4气体终端

(1) 气体终端产品具有符合YY0801.1-2010《医用气体管道系统终端第 1 部分:用于压缩医用气体和真空的终端》的检测。

(2) 气体终端产品需经过中性盐雾试验的检测。

(3) 气体终端产品需经过外壳防护等级测试。

(4) 气体终端产品需经过疲劳测试100000次试验的检测。

(5) 气体终端产品需经泄漏试验，试验数据小于0.296mL/min。

4.1 气体终端

(1) 终端设计采用优质国标自封式快速插座，不同气体终端采用不同颜色加以区分，实现100%气密检测。

(2) 终端气口：终端插座采用优质国标气体接头、多层密封、有防误插保护措施。

(3) 终端压力：病房正压终端压力为0.4MPa，负压病房终端压力为-0.04MPa。

(4) 终端流量：氧气终端不小于10L/min，空气终端不小于20L/min，负压不小于30L/min。

5管道安装及接地

(1) 管道的支架必须安装牢固，足以承受管道和施工期间的压力。管道与支架之间用管卡固定，管道转弯和三通处必须设支架固定。

(2) 氧气管道不允许与导线路、电缆线路共架敷设或交叉接触，不允许与燃气、燃油管道共架敷设，当必须共架时要保持0.5m的管距，共架部份不得装有阀门和连接接头。

(3) 按YY/T 0187-0186标准规定：氧气及吸引管道应可靠接地，其接地与大地接地干线连接。

6安装检测

(1) 安装完毕后需在采购方监督下进行相关测试实验。

(2) 系统强度试验：低压医用气体管道试验压力应为管道设计压力的1.15倍，医用真空管道试验压力应为0.2MPa；，试压时间10-30min，试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见变形，以发泡剂检验无渗漏为合格。

(3) 系统泄漏率试验：试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力

		，试压24h，试验结果每小时泄漏率不超过0.5%为合格。
		(4) 系统吹扫：吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出口无杂质、干净为合格。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：半自动体外除颤仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		整机重量(含电池)重量≤2.4kg
2		主机使用年限≥10年。
3		工作温度范围:-5℃-50℃(从室温环境下进入-10℃环境后，至少能工作60分钟)。
4		设备防尘防水级别IP55。
5		设备可承受≥1.5m跌落冲击。
6		采用双相波除颤技术，成人最大能量360J，根据病人阻抗进行自动补偿。
7		开始AED分析到200J放电准备就绪时间<6s。
8		主机设有机盖保护装置。
9		主机具有成人和儿童等模式，可设置≥13个不同能量等级。
10		主机具有切换语言按键功能
11		设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量。
12		主机具有电量显示屏。
13		单块原厂电池有效期≥7年。
14		主机具备设备指示灯，能够快速识别设备状态。
15		首次出现电池电量低报警时，主机至少还可以持续工作30分钟或至少提供10次200J的电击。
16		电极片有效期≥36个月
17		电极片上具有电极片粘贴方式示意图，主机上有电极片粘贴位置提示。
18		具有ECG波形记录功能,可记录≥5hECG波形记录。
19		具有心肺复苏CPR记录功能，可保存≥5h心肺复苏数据。
20		配置蜂窝移动模块和Wi-Fi模块，可接入设备管理系统。
21		管理平台反馈功能:设备运行状态显示;具有急救事件实时反馈功能;急救事件发生时，能同步反馈到系统在AED地图上显示急救位置。
22		平台上可根据用户名、类型、时间段查看后台的操作记录，平台上可远程查看设备ECG心电波形和记录。
23		集中管理:支持对所安装设备进行远程集中管理和性能状况监控。可查看每台AED的电池电量、电极片有效期、剩余保修年限、设备序列号、设备位置信息、设备状态、电子围栏偏移情况等相关信息
24		主机质保期≥5年

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电动移位器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		以GB/T14728.1-2006《框式助行架》GB/T14728.2-2008《轮式助行架》国家标准作为执行标准: 整架采用2.0厚钢管制成, 前轮配置两个5寸定向双排带刹轮, 后轮搭配两个3寸万向带刹轮, 座板分成左右组, 可向外旋转开合收固, 左右座板组收合后有自动插销锁和合金织带扣锁固, 产品可快速拆装易携带。 功能描述:产品座高可电控无极升降, 高度调节, 四个带刹双排轮的刹车解刹都是下踩式, 产品前后都设有手推把手。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1.设备用途及说明： 主要用于腹部、妇产、心脏、泌尿、外周血管、小器官、经颅多普勒、儿科、肌肉骨骼、神经，介入、POC等方面的临床应用。满足PICC床旁超声诊断及脏器功能检测，可用于新生儿至成年人的心血管、颅脑、腹部、浅表器官及肺部超声检查、各种引导穿刺，具备持续升级的能力。 2.主要规格和系统概述 2.1.数字化二维灰阶成像单元。 2.2.数字化彩色多普勒单元。 2.3.数字化频谱多普勒显示和分析单元。 2.4.数字化能量血流成像单元。 2.5.数字化M型成像单元。 2.6.B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。 2.7.支持连续多普勒，测量心脏高速血流，如：瓣膜反流血流速度测量 2.8.系统动态范围≥280dB，2dB逐级调节，数值明确显示。 2.9.高清晰斑点噪音抑制技术。 2.10.空间复合成像技术。 2.11.同时支持侧向电子增益补偿功能≥8段，横向物理分段增益≥6段。 2.12.梯形成像、凸型扩展功能。 2.13.灰阶与彩色独立偏转 2.14.图像放大功能：全屏放大显示、局部放大显示。 2.15.图像剪贴板功能 2.16.实时双同步、三同步。 2.17.灰阶与彩色双幅显示，一幅二维和一幅彩色多普勒图像双幅同屏同步实时显示，方便医生对比观察 ▲2.18.具备穿刺引导，支持单线、双线、容差线区间引导及中心线穿刺定位等四种引

导方式。

▲2.19.内置教学功能，触摸屏及显示器可同步显示扫查示意图及超声声像图，另显示器所展示的教学画面可进行放大缩小调节，持实时动态3D组织解剖结构和标准超声组织结构的实时动态扫查视频同屏对照显示。支持扫查教学操作步骤语音解读和扫查手法技巧介绍，包含腹部、小器官、血管、心脏、肌骨关节和神经等标准超声扫查教学内容。

3.高级功能：

3.1.高灵敏度血流，可检测组织血流的低速血流，具备独立按键控制。

▲3.2.二维立体血流成像技术，给予临床更加直观立体图像，具备独立按键控制，支持彩色多普勒模式，能量多普勒模式（非四维探头下融合成像技术和重建三维成像）。

3.3.支持跟踪对比技术，可将不同日期，不同时间、不同病人图像进行同屏对比显示，支持不同探头图像、动静态图像同屏对比显示，便于疾病的归类统计示教，且所对比的左右两幅图像大小一致。

3.4.曲线解剖M型，取样线可放置于扫查切面内任意一段心肌，任意方向、任意形状描记，从而获得线段上所有心肌节段实时运动信息，提高测量准确性和效率

3.5.具备穿刺增强功能。

3.6.二维探头具备自由臂3D容积成像技术，采用简便扫查的方式，可对感兴趣组织进行快速容积成像。

3.7.自动工作流，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作，并支持操作流程编辑功能，如：自动注释、体标（体标上探头的位置和方向）等，提高扫查效率。

4.测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

4.1.一般测量。

4.2.妇、产科测量包，支持产科自动测量。

4.3.血管测量包。

4.4.支持膀胱自动测量。

4.5.肾脏测量包。

4.6.心脏测量包

4.7.体积测量包。

4.8.多普勒血流测量与分析。

4.9.自动多普勒血流测量与分析。

4.10.支持用户自定义测量。

4.11.自动化测量工具：

5.具备远程会诊功能

5.1.同品牌远程软件具备独立注册证

- 5.2.患者可通过二维码，随时查阅网络上的检查超声图像和诊断报告，
- 5.3.同品牌远程软件可远程控制超声机器并调节图像参数，如切换探头、切换模式、调整机器预设条件可远程保存
- 5.4.考虑到使用的兼容性，同品牌远程软件、除支持连接所投产品品牌超声机外，还需适配市场上其它品牌的超声产品

6.数据管理与传输

- 6.1.电影回放和原始数据处理回放时间：所有模式下可用，支持手动，自动回放，支持4D电影回放，支持向前存储和向后存储，时间长度可预置，回放时间 ≥ 1400 秒。原始数据处理，支持动态，静脉图像冻结后，可进行多项参数调节。
- 6.2.连通性：动态，静态图像存储格式包括：VRD、JPG、MP4、Bmp、Tiff格式。
- 6.3.超声图像存档与病案管理系统。
- 6.4.触摸屏可快速浏览患者不同时间或显示病人下最新检查的创建具体时间、可显示不同部位的检查信息和已存储图像，同步显示内存总容量及已使用内存信息。
- 6.5.内置固态硬盘 ≥ 200 GB。
- 6.6.一体化原始数据的剪贴版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示。
- 6.7.内置 ≥ 2 个USB接口，可一键快速将图像存储至USB、硬盘，无需其他格式转换操作，无需进入病人档案或系统设置。

7.人机交互及要求：

- 7.1.便携式笔记本彩色多普勒超声， ≥ 15 英寸高分辨率液晶监视器。
- 7.2. ≥ 8 英寸电容操作触摸屏：
 - 7.2.1.可进行滑动翻页，并可在触摸屏上进行注释和体标图操作。
 - 7.2.2.触摸屏可手写画图、手动圈注、手写标记示教，并支持显示器与触摸屏同屏显示，方便学生带教等场景进行互动交流
 - 7.2.3.支持触摸屏参数、功能布局界面任意移动，实现专属定制。
 - 7.2.4.整机重量 ≤ 4.5 Kg。
 - 7.2.5.配置专用台车
 - 7.2.6.台车支持探头接口 ≥ 3 个。
- 7.3.探头规格：
 - 7.3.1.探头数量： ≥ 2 个
 - 7.3.2.频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，多普勒可选不同频率 ≥ 3 种。
- 7.4.凸阵探头频率范围2-5MHZ
- 7.5.线阵探头频率范围6-16MHZ

		7.6.振子：凸阵探头阵元数≥ 128振子。 7.7.探头可与同品牌部分型号台式机通用。 8.二维灰阶显像主要参数： 8.1.成像速度： 8.1.1.相控阵探头，90°角，18CM深度时，帧速度≥ 50帧/秒 8.1.2.凸阵探头，65°角，18CM深度时，帧速度≥ 25帧/秒 8.2.数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥ 12bit 8.3.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面，及常用所需的外部调节及组合调节。 8.4.增益调节：B/M可独立调节。 8.5.最大显示深度≥ 36cm 8.6.频谱多普勒： 8.6.1.支持PWD、CWD。PWD：血流速度最大6m/s，CWD：血流速度最大25m/s。 8.6.2.最小测量速度：≤ 1mm/s(非噪声信号)。 8.6.3.取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至28mm。 8.6.4.显示控制：反转显示(左/右；上/下)。 8.6.5.角度矫正$-80^\circ \sim +80^\circ$ 8.6.6.频谱自动跟踪与测量。 8.7.彩色多普勒 8.7.1.显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。 8.7.2.具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。 8.7.3.彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥ 10帧/秒。相控阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥ 22帧/秒。 8.7.4.显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像偏转范围：$-20^\circ \sim +20^\circ$ 8.7.5.彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。 8.7.6.彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤ 6cm/s（非噪声信号）。 8.7.7.支持B/C双副同步显示、B/C同宽显示，翻转显示 8.8.设备注册有效使用年限≥ 10年
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：24小时动态心电图工作站

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	一、记录仪参数： 1.具备预置病人信息及事件记录功能 2.具备导联线接插，低电压及电极脱落提示功能 3.工作模式：12导联 4.记录时间：24/8/72小时 5.显示模式、内容：LCD液晶显示，实时心电图波形，电池电量电压 6.电源：1节7号电池，具备电池电压检测功能，具备断电续记功能 7.频率响应：0.05Hz-60Hz 8.采样率：常规采样率128/256/512/1024/2048/4096Hz可选 9.起搏采样率12800/25600Hz可选 10.ADC分辨率：16位 11.共模抑制比：≥80dB 12.数据传输：USB数据线/读卡器兼容 13.存储方式：内置SD卡 14.存储容量：16G 二、分析软件参数： 1.采用全模板方式识别QRS波，可分为室性、室上性、正常和干扰四大类。 2.分析功能全面：心律失常分析、起搏分析、，ST段分析，房颤分析，心率变异分析，QTc分析，睡眠呼吸分析，心律震荡（HRT）分析，T波电交替（TWA）分析，心律减速力分析等。 3.软件拥有“事件主导”的快速分析模式 4.软件具备散点图批量编辑功能，不用逐个样本或波形编辑心拍属性。 5.一站编辑功能，实现传统模板主导模式和散点图编辑模式的有机融合。 6.智能室上早功能，能快速确认并指定室上早RR间期提前量在不同时间段的合理阈值。 7.智能模板剥离功能，实现伪差、畸形室早等多形态复杂模板的快速、智能分割。 8.具备基于样本图的批处理功能。 9.具备阵次模式编辑功能。 10.软件可自动生成各种典型心电图片段图。 11.软件可调整判定阈值，满足特殊病人类型或临床研究需要。 12.软件具备自动分析结论功能，并具备结论模版自定义功能 13.软件具备病例管理功能，可根据需要设置并进行搜索归类统计，数据可网络传输，形成网络版功能，并可接入各类网络数据管理平台。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：动态血压监测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	一、记录仪参数： 1.具备预置病人信息功能 2.测量方法：振荡法（示波法） 3.显示方式：≥2.4寸彩色液晶，液晶显示亮度及屏幕休眠时间可调 4.显示内容：可显示实时时间，电池电量电压，下一次测量时间 5.示值范围：0~300mmHg 6.测量范围：收缩压：50~255mmHg；舒张压：30~200 mmHg 7.记录时间：≥24小时 8.测量精度：误差≤ 3mmHg 9.测量间隔：5~240分钟 10.测量时间：白天、夜晚测量时间段；另可自由设置5个测量时间段 11.通讯方式：USB数据线/读卡器兼容 12.存储方式：内置SD卡(多大的) 13.压力过载保护采用“双核设计”。 14.具备测量失败自动重测、记录过程中加测血压、记录过程中暂停、恢复记录过程等功能 15.具备低电压提示功能 16.具备断电续记功能 二、分析软件参数： 1.软件具备自动分析结论功能，并具备结论模板自定义功能，提供高血压指南报告模板； 2.软件可对记录仪自动生成的“血压脉动波形”进行二次编辑，便于保留有效数据； 3.软件具备白大衣血压分析功能； 4.软件具备血压多病例比较分析功能 5.软件具备血压变异、晨峰血压、清晨血压、动脉硬化指数分析； 6.有趋势图、圆饼图、波形图、雷达图、差分表、标准差、分类直方图和散点图等汇总窗口，为用户提供多种途径和角度分析病例数据； 7.软件具备成人、儿童分析模式，并且判定阈值可调，满足特殊病人类型 8.软件具备完善的病例管理功能，可根据需要设置关键词进行搜索归类统计，数据可网络传输，形成网络版功能，并可接入各类网络数据管理平台。（是否接入接口）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同小微企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标

人不作为中标候选人。
多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分65.00分 商务部分5.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术指标	根据投标文件对采购文件采购需求中的技术参数响应程度打分，完全响应得38分。（1）“▲”号技术参数有一项不满足或负偏离扣3分,最多扣33分；（2）满足其余参数需提供对应承诺函（格式自拟），承诺满足全部其余参数得5分；存在0-70条不满足或负偏离扣1分；存在71-140条不满足或负偏离扣2分；存在141-210条不满足或负偏离扣3分；存在211-280条不满足或负偏离扣4分,；存在281条及以上不满足或负偏离扣5分；本项最多得5分。注：技术参数要求中，标“▲”号的为重要技术参数，投标人应在投标文件中对标“▲”号的技术参数进行详细说明，并配以产品技术佐证文件（如产品彩页或产品技术白皮书或产品说明书、检测报告等真实佐证文件），并在技术偏离表内备注佐证文件所在的具体页码，未附相关技术佐证文件或提供的技术佐证文件未真实反映该参数的，视为该参数不满足招标文件要求。	38.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

质量保障方案	根据供应商提供的质量保障方案包括但不限于①投标产品整体质量的安全性；②投标产品整体质量的稳定性；③投标产品的实用性；④投标产品的操作便捷性；⑤投标产品的技术成熟度及制作工艺的超前性。本项最高得5分。每缺少一项内容扣1分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，单项扣完为止。 注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。	5.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

供货方案	根据供应商提供供货服务方案包括但不限于：根据投标人提供的供货方案包括但不限于：①供货周期；②供货计划安排；③供货进度保障措施；④货物运输方案及交货保障措施等。每缺少一项内容扣1分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。	4.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	--------	----	--

技术评审	安装调试方案	根据供应商提供的安装调试服务方案包括但不限于：①安装调试计划及措施、②安装调试流程及步骤等，本项最高得2分。每缺少一项内容扣1分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，单项扣完为止。 注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。	2.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

培训方案	根据供应商提供的培训方案包括但不限于：①培训方案全面、合理可行；②培训人员的专业性；③培训时间安排合理、培训内容清晰目标明确等，本项最高得6分。每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	--------	----	--

应急方案	根据投标人的应急方案进行评价： 包含①应对突发状况的预案及保障措施；②应对突发状况的处理流程及人员安排。本项最高得2分。每缺少一项内容扣1分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。	2.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	--------	----	--

	售后服务承诺	根据供应商的服务承诺包括但不限于：①售后服务响应时限；②售后服务具体措施、故障处理措施、③处理紧急事故处理方案；④原厂售后服务承诺函内容包括：售后维修点、维修人员、服务标准、质保期、技术支持等。本项最高得8分，每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	业绩	投标人2023年1月至今具有与本项目类似的医疗设备供货业绩，每有一项得1分，本项最多得5分;(评审时需提供中标通知书或合同扫描件，补充合同不计，未提供或提供不齐全不得分)注:时间以中标通知书日期或合同签订时间为准)	5.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	----	---	--------	----	--

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称) _____(填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下: _____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写) _____(大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间: _____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表