

医疗设备采购项目

公开招标文件

采购单位名称：克什克腾旗中医蒙医医院

采购代理机构名称：内蒙古清迈达工程项目管理有限公司

项目编号：CFZCKTS-G-H-260106

2026年09月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古清迈达工程项目管理有限公司 受 克什克腾旗中医蒙医医院 委托，采用公开招标方式组织采购 医疗设备采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 医疗设备采购项目
- 项目编号： CFZCKTS-G-H-260106
- 采购计划备案号： 赤政采计划[2026]克旗02358
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1：“两专科一中心”医疗设备购置项目
- 采购包预算金额（元）： 1,990,000.00
- 采购包最高限价（元）： 1,990,000.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	多导睡眠监测仪	2.00	400,000.00	台	工业	否	否	否	否
2	眩晕诊疗系统	1.00	940,000.00	套	工业	是	否	否	否
3	多功能超声治疗仪	1.00	35,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	上肢综合训练器	1.00	65,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	智能天轨康复训练设备	1.00	180,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	下肢CPM训练设备	1.00	15,000.00	台	工业	否	否	否	否
7	体外冲击波治疗仪	1.00	155,000.00	台	工业	否	否	否	否
8	中医四诊综合设备	1.00	150,000.00	台	工业	否	否	否	否
9	液压电动起立床	1.00	15,000.00	台	工业	否	否	否	否
10	多功能牵引设备	1.00	35,000.00	台	工业	否	否	否	否

- 采购包2：临床医疗设备购置项目
- 采购包预算金额（元）： 894,000.00

采购包最高限价（元）：894,000.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	牙科数字印模 仪	1. 00	80,000.00	台	工业	否	否	否	否
2	牙科根管预备 马达	3. 00	30,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	牙科电动抽吸 系统	1. 00	12,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	电容式负极板 回路垫	1. 00	27,000.00	个	工业	否	否	否	否
5	功能高频手术 电刀	1. 00	65,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	输液泵	2. 00	9,000.00	台	工业	否	否	否	否
7	中医定向透药 治疗仪	3. 00	21,000.00	台	工业	否	否	否	否
8	心电图机	1. 00	40,000.00	台	工业	否	否	否	否
9	认知矫正治疗 系统	1. 00	470,000.00	套	工业	是	否	否	否
10	脑电生物反馈 治疗仪	1. 00	140,000.00	台	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02320300 医用电子生理 参数检测仪器设备	多导睡眠监测仪	多导睡眠监测仪
2	A02320300 医用电子生理 参数检测仪器设备	眩晕诊疗系统	眩晕诊疗系统
3	A02320500 医用超声波仪 器及设备	多功能超声治疗仪	多功能超声治疗仪
4	A02320800 物理治疗、康 复及体育治疗仪器设备	上肢综合训练器	上肢综合训练器
5	A02320800 物理治疗、康 复及体育治疗仪器设备	智能天轨康复训练设备	智能天轨康复训练设备
6	A02320800 物理治疗、康 复及体育治疗仪器设备	下肢CPM训练设备	下肢CPM训练设备

7	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	体外冲击波治疗仪	体外冲击波治疗仪
8	A02320900 中医器械设备	中医四诊综合设备	中医四诊综合设备
9	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	液压电动起立床	液压电动起立床
10	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	多功能牵引设备	多功能牵引设备

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02323300 口腔设备及器械	牙科数字印模仪	牙科数字印模仪
2	A02323300 口腔设备及器械	牙科根管预备马达	牙科根管预备马达
3	A02323300 口腔设备及器械	牙科电动抽吸系统	牙科电动抽吸系统
4	A02322400 手术室设备及附件	电容式负极板回路垫	电容式负极板回路垫
5	A02322400 手术室设备及附件	功能高频手术电刀	功能高频手术电刀
6	A02322700 病房护理及医院设备	输液泵	输液泵
7	A02320900 中医器械设备	中医定向透药治疗仪	中医定向透药治疗仪
8	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备	心电图机	心电图机
9	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	认知矫正治疗系统	认知矫正治疗系统
10	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备	脑电生物反馈治疗仪	脑电生物反馈治疗仪

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：
采购包1：“两专科一中心”医疗设备购置项目

1、特定资格要求：1、投标人为经销商的提供有效《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人为所投产品制造商的，还须提供有效《医疗器械生产许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》。2、所投产品在《医疗器械分类目录》内的第二、第三类医疗器械的须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》，属于第一类医疗器械的须具

有有效的《第一类医疗器械备案信息表/备案凭证》，所投产品依法不属于医疗器械管理的，无需提供。

采购包2：临床医疗设备购置项目

1、特定资格要求：1、投标人为经销商的提供有效《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人为所投产品制造商的，还须提供有效《医疗器械生产许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》。2、所投产品在《医疗器械分类目录》内的第二、第三类医疗器械的须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》，属于第一类医疗器械的须具有有效的《第一类医疗器械备案信息表/备案凭证》，所投产品依法不属于医疗器械管理的，无需提供。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古清迈达工程项目管理有限公司

地址：赤峰市松山区中信大厦A座15楼1505室

邮编：024000

联系人：赵赫

联系电话：13614860394

采购单位名称：克什克腾旗中医蒙医医院

地址：克旗经棚镇达尔罕街

邮编：025350

联系人：韩主任

联系电话：0476-5209955

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 2 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照内工建协[2022]34号《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收取指导意见》的通知，本项目共分为2包，按每包分别计算收取代理服务费。
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。 采购包2：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投2包，本项目可兼中2包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	中标服务费：中标供应商应到采购代理机构处领取纸质中标通知书。中标服务费由中标供应商在领取纸质中标通知书前支付。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2 现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖

公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指克什克腾旗中医蒙医医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古清迈达工程项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端

”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期

。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3 备注说明

1.3.1 投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2 开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：“两专科一中心”医疗设备购置项目

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	投标人须提供有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商提供2024年或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明。（3）提供“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”承诺函（格式自拟）
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商提供以下任意一种均可：（1）须同时提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的：①缴纳税收的相关凭据（税务机关提供的纳税凭据或银行入账单）；②缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或其它缴纳凭证）；（2）提供“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”承诺函（格式自拟）注：a、其他组织和自然人也需要提供上述证明材料。b、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应证明材料或说明材料，无须提供上述证明材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	投标人须提供“参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录”的书面声明函。

6	信用记录	投标人提供自本项目公告发布至提交投标文件的截止时间内： （1）经“信用中国”网站查询的投标人未被列入“失信被执行人”的网页截图、“重大税收违法失信主体”的网页截图、“严重失信主体名单”的网页截图； （2）经“中国政府采购网”网站查询的投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图。注：上述截图信息如投标人投标文件中提供的不完善，评标委员会可在评标现场进行查询核实；
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：临床医疗设备购置项目

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	投标人须提供有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商提供2024年或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明。（3）提供“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”承诺函（格式自拟）
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商提供以下任意一种均可：（1）须同时提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的：①缴纳税收的相关凭据（税务机关提供的纳税凭据或银行入账单）；②缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或其它缴纳凭证）；（2）提供“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”承诺函（格式自拟）注：a、其他组织和自然人也需要提供上述证明材料。b、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应证明材料或说明材料，无须提供上述证明材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	投标人须提供“参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录”的书面声明函。
6	信用记录	投标人提供自本项目公告发布至提交投标文件的截止时间内： （1）经“信用中国”网站查询的投标人未被列入“失信被执行人”的网页截图、“重大税收违法失信主体”的网页截图、“严重失信主体名单”的网页截图； （2）经“中国政府采购网”网站查询的投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图。注：上述截图信息如投标人投标文件中提供的不完善，评标委员会可在评标现场进行查询核实；
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：“两专科一中心”医疗设备购置项目

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	1、投标人为经销 商的提供有效《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人为所投产品制造商的，还须提供有效《医疗器械生产许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》。2、所投产品在《医疗器械分类目录》内的第二、第三类医疗器械的须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》，属于第一类医疗器械的须具有有效的《第一类医疗器械备案信息表/备案凭证》，所投产品依法不属于医疗器械管理的，无需提供。

采购包2：临床医疗设备购置项目

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	1、投标人为经销 商的提供有效《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人为所投产品制造商的，还须提供有效《医疗器械生产许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》。2、所投产品在《医疗器械分类目录》内的第二、第三类医疗器械的须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》，属于第一类医疗器械的须具有有效的《第一类医疗器械备案信息表/备案凭证》，所投产品依法不属于医疗器械管理的，无需提供。

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7

个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

医疗设备采购项目

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：“两专科一中心”医疗设备购置项目

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	自签订合同之日起30个日历日内安装调试完毕
2		标的提供地点	采购人要求地点
3		合同履约期限	自签订合同之日起30个日历日内安装调试完毕
4		合同履约地点	采购人要求地点
5		验收要求	由采购人组织验收小组按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收进行验收，验收合格后并签署合格验收书。
6		合同支付方式	1、设备安装调试验收合格后,根据合同约定支付，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：10 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：（1）金额：本包预算金额的10%；（2）提交（缴纳）形式：①转账；②由银行、保险公司或担保公司或甲方可接受的一家金融机构出具的无条件的、见索即付、不可撤销的履约保函。（3）提交（缴纳）时间：以转账形式缴纳的，应于签订合同前；以保函形式提交的，应于签订合同后五个工作日内。（4）如果中标人没有按照上述规定提交（缴纳）履约担保，采购人有权取消其中标资格。在其他中标候选人中依次确定中标人或重新招标。（5）退还的方式：合同履行完毕后，采购人无息退还。

8		其他	售后服务要求： 1、质保期内维修免费保养，如出现重大质量问题无条件更换同款新设备。质保期自验收合格之日起计算。在质保期内，供应商对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件损坏问题，采用厂家与授权代理商双重维修保养保障模式；接到报修后30分钟内电话响应；城区范围内4小时到达现场，偏远地区12小时到达现场；一般故障24小时内处置完毕，重大故障提供备用机保障方案；其中应包括人工服务费、差旅费、维修备件费以及上述维修备件的仓储运输费（可以不包含耗材和第三方提供的产品）； 2、在货物的设计使用寿命期内，必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对货物定期维护保养，确保货物正常使用。 3、质保期内免费对应用软件、操作系统和数据库进行完善、稳定性升级（如涉及此项内容），并根据采购人需求开展操作培训，提供操作手册、维修说明书等全套资料。 。 4、中标供应商需免费安装调试、人员培训、技术支持；每6个月进行一次用户回访，及时处理用户意见。 5、质保期满前一个月中标供应商应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。 6、提供耗材、常用备件清单及对应报价，质保期满后承诺以低于市场公开价格供应备件耗材。 7、整机设备质保期限≥2年。
---	--	----	---

采购包2：临床医疗设备购置项目

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	自签订合同之日起30个日历日内安装调试完毕
2		标的提供地点	采购人要求地点
3		合同履约期限	自签订合同之日起30个日历日内安装调试完毕
4		合同履约地点	采购人要求地点
5		验收要求	由采购人组织验收小组按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收进行验收，验收合格后并签署合格验收书。
6		合同支付方式	1、设备安装调试验收合格后,根据合同约定支付，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的100.00%

7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：10 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：（1）金额：本包预算金额的10%；（2）提交（缴纳）形式：①转账；②由银行、保险公司或担保公司或甲方可接受的一家金融机构出具的无条件的、见索即付、不可撤销的履约保函。（3）提交（缴纳）时间：以转账形式缴纳的，应于签订合同前；以保函形式提交的，应于签订合同后五个工作日内。（4）如果中标人没有按照上述规定提交（缴纳）履约担保，采购人有权取消其中标资格。在其他中标候选人中依次确定中标人或重新招标。（5）退还的方式：合同履行完毕后，采购人无息退还。
8		其他	售后服务要求： 1、质保期内维修免费保养，如出现重大质量问题无条件更换同款新设备。质保期自验收合格之日起计算。在质保期内，供应商对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件损坏问题，采用厂家与授权代理商双重维修保养保障模式；接到报修后30分钟内电话响应；城区范围内4小时到达现场，偏远地区12小时到达现场；一般故障24小时内处置完毕，重大故障提供备用机保障方案；其中应包括人工服务费、差旅费、维修备件费以及上述维修备件的仓储运输费（可以不包含耗材和第三方提供的产品）； 2、在货物的设计使用寿命期内，必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对货物定期维护保养，确保货物正常使用。 3、质保期内免费对应用软件、操作系统和数据库进行完善、稳定性升级（如涉及此项内容），并根据采购人需求开展操作培训，提供操作手册、维修说明书等全套资料。 。 4、中标供应商需免费安装调试、人员培训、技术支持；每6个月进行一次用户回访，及时处理用户意见。 5、质保期满前一个月中标供应商应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。 6、提供耗材、常用备件清单及对应报价，质保期满后承诺以低于市场公开价格供应备件耗材。 7、整机设备质保期限≥2年。

2.技术标准与要求

采购包1：“两专科一中心”医疗设备购置项目

标的名称：多导睡眠监测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、设备监测参数≥47导：包含脑电、眼电、下颌肌电、心电、腿动、呼吸气流、血氧、鼾声、体位、体动、胸腹运动等。 2、设备设计使用年限≥5年。 3、内置≥16G存储卡。 ▲4、内置可充电锂电池，屏幕上有电量显示，并且有低电量报警提示功能。 5、主机内置显示屏≥2.5英寸。 6、主机显示屏有日期时间显示，无需在监测前录入病例信息，并有当次监测记录时长显示。 7、具备体积描记技术采集胸腹呼吸运动、同时搭载三维加速度传感器（3D陀螺仪技术）技术采集体位、体动。 8、主机一体化设计。 9、可支持主流品牌无创正压呼吸机进行压力滴定实验。 10、无线数据遥测功能，具备无线数据传输功能，具备无线实时数据观察和主机屏幕数据观察两种方式。 11、MIC鼾声和压力式气流鼾声同时监测。 12、集成式一体化脑电线设计。 13、配置金属鲁尔接头。 14、主机具备Type-C接口，无需对设备进行拔卡读取数据。 15、分析软件具备快速傅里叶变换FFT脑能量频谱分析功能。 16、连续无创血压分析脉搏传导时间（PTT）、动态血压（收缩压、舒张压、平均压），记录睡眠过程中血压变化趋势。 17、分析软件具备一键查看心率变异散点图功能，并可出具心率变异分析报告。 18、AI智能电脑分析软件，内置成人、儿童分析功能，软件具备自动分析、手动分析功能，自动分析过后的数据依然可以手动修改。 19、报告样式可选择PDF、Word、JPG不同格式模版。全中文报告模版，具备多种监测报告模版供临床人员自主选择，支持报告模版自定义编辑修改。 20、同步音频视频独立工作站，与一体化主机是同一个设备，高清摄像头≥400万像素，具备红外功能和人体追踪定位。
2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：眩晕诊疗系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		▲1、产品注册证范围适用于良性阵发性位置性眩晕症的辅助诊断，包含水平半规管、后半规管良性阵发性位置性眩晕症。

2、工作条件电源：380V±10%50Hz±1Hz若设备为220V，整机输入功率≥4500VA，配备UPS不间断电源。

▲3、主转动轴

主转动轴处于水平方向

转动角度：0°-360°，误差：≤2°

转速：0°/s-180°/s，误差：≤2°

4、辅转动轴

辅轴处于与主转动轴垂直方向

转动角度：0°-360°，误差：≤2°

转速：0°/s-180°/s，误差：≤2°

5、患者座椅

5.1、患者座椅转动控制：患者座椅转动的角度、速度、加速度均可人工控制，可根据患者年龄、身体状态精确选择不同的刺激量。

5.2、患者座椅的运动模式：有角度、速度、正弦摆动3种模式，分别用于BPPV的诊断、治疗、前庭功能检查等。

5.3、座椅部分

a)治疗仪安全座椅应有安全带、安全杠；

b)安全带可以固定人体颈、肩、腹、大腿、小腿。

c)安全杠可以固定肩、背、胸。

d)座椅对于病人的包裹性高

5.4、安全座椅在≥120Kg负载下，放置后短时加载静态，主轴位置偏差≤2mm。

5.5、最大患者身高适用于200cm以下。

6、眩晕诊断仪

6.1、采集图像分辨率≥1080P，高分辨率、红外视频摄像头；自动定标。

6.2、无线传输距离≥5m。

6.3、图像采集装置摄像头红外波长800nm~1000nm

6.4、眼罩重量≤160g

7、医生工作站

7.1、处理器4核及以上

7.2、内存：≥16GB

7.3、硬盘：≥1TB+128GBSSD

7.4、显卡：≥4G独显，中文操作系统

7.5、显示器≥32英寸及以上，高清液晶品牌显示器，分辨率支持≥1920*1080，屏幕尺寸比例16:9。

8、应急装置

8.1、治疗仪具备急停按钮及应急开关，急停按钮≥3个。

8.2、治疗仪主轴应有手动回位应急装置，使治疗仪座椅恢复初始位置

8.3、设备支持UPS不间断电源。

8.4、安全座椅需要提供前臂安全杠。

9、眼震曲线与运动轨迹（速度）、体位、耳蜗位置同步显示；

10、可自动分析慢相、快相速度，个数、频率，可显示、打印对比图及各项数据、结论

		。 11、角度模式，控制转椅转动一定角度，方向、角度、时间、加速度可输入； 12、速度模式：控制转椅转动到一定速度再减速到静止，方向、加速度、最大速度、转动时间、减速度均可输入。 13、用户可设计个性化治疗方案，诊疗操作过程中随时更改方案，可从其他用户处获得不同的治疗方案，视频图像清晰，包含视频储存及回放功能。
2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能超声治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、输入功率：$\geq 70\text{VA}$。 2、输出通道：双通道输出，可独立调节。 ▲3、显示方式：≥ 5英寸液晶屏，支持一键飞梭。 4、声工作频率：输出1通道1MHz，输出2通道3MHz，允差$\pm 10\%$。 ▲5、输出模式：$\geq$四种支持连续输出和多种断续输出。 ▲6、有效声强：$0\sim 1.5\text{W}/\text{cm}^2$，步进$0.15\sim 0.3\text{W}/\text{cm}^2$；输出2通道$0\sim 1.5\text{W}/\text{cm}^2$，$\geq 5$档可调，或连续可调。 7、定时范围：$1\sim 30\text{min}$，步进1min。 8、治疗探头$\geq 2$个。 9、输出1通道有效辐射面积：$\geq 4\text{cm}^2$，输出2通道有效辐射面积：$\geq 2\text{cm}^2$。 ▲10、波束不均匀性系数：$\leq 8.0$。 11、波束类型：准直型。 12、具有超温保护功能。 13、内置治疗处方数量≥ 10个。 ▲14、具有治疗头脱落检测功能
2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：上肢综合训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲1、具有≥4人同时训练手和腕关节功能。 2、桌面直径≥1500mm，训练器整体高度≤1150mm；桌面高度≥670mm，采用复合实木桌面。 3、配备≥4个独立刹车的万向轮；有显示屏。 4、配重块：配备≥14块配重块，每块≤200g； ▲5、连接方式：配重单元与训练组件之间用快拆卡扣连接方式，可单手完成拆装。 6、训练组件：配备≥12种全方位训练模块；
2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能天轨康复训练设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、手控制器控制主机上下移动，可设定训练参数，定点刹车； ▲2、最大行程（上升/下降）：2400mm；误差±10%，轨道周长≥12m；误差±10% 3、上升速度：≥4.5cm/s（空载）；≥3.8cm/s（载重100kg）；3.3cm/s(载重200kg),误差±10%； 4、移位机主机内置蓄电池，移位机主机净重：≥13kg； 5、主机具有双重安全保护功能，一重电磁保护，二重机械锁保护； 6、噪声≤65dB（A计权）。 7、外形尺寸:移位机主机尺寸：≥420mm(L)×266mm(W)×192mm； ▲8、训练参数设置：可以设定训练时间（1min-90min），步长为1min,误差为±2%；或训练距离（1m-400m）设定，步长为1m（<100m时）或5m≥100m时），误差为±10%，进行量化运动训练； 9、刹车锁定功能； 10、可以用手控制器控制上升和下降高度； ▲11、具有液晶屏幕显示板块，显示电池电量状态、运行次数故障类型、寿命提醒等信息；同时配备主机液晶屏幕同步显示模块； 12、具有低电量报警指示灯； 13、具有紧急停止安全装置； 14、具有过载、过热保护功能； 15、脊背、轨道材质：高强度耐磨及医疗级安全材质，轨道高强度钢材，防磨蚀表面处理，耐磨抗拉伸绳索；安装方式：固定点必须落在原建筑主梁、承重墙、楼板钢筋区，适应动态悬吊负载。 16、吊装配套适用人群：成人、小孩。
2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：下肢CPM训练设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、支架长度调节范围：大腿0~260mm，小腿0~300mm，滑动连杆0~350mm，允差±10%。 2、伸展角度调节范围：0~120°，级差≤3° 3、屈曲角度调节范围：0~130°，级差≤5°。 4、角度运行速度：≥8档可调，1.5~3.6°/s，允差±20%。 5、训练过程中可实时显示训练当前角度位置。 6、训练时间：0~240min可调，级差1min，训练结束有提示音。 7、脚踏板左右活动范围：移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10°。 8、具有线控开关。 9、设备具有手动急停开关。 10、启动后，设备开机自检，并自动复位。 11、额定输入功率≥60VA。电压220V，50HZ。
2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体外冲击波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲1、采用气压弹道式放射状冲击波源，手柄为气压弹道式原理设计。 2、智能彩色触摸屏，屏幕尺寸≥8英寸。 3、内置治疗处方≥150个。 4、最大治疗强度：≥5bar。 5、最大能量密度≥4.8mj/mm ² 。 6、手柄具备触发按钮，治疗中可控制手柄暂停与输出。 7、主机单次治疗设置次数可选100~9900次。 8、最大治疗频率：≥22Hz。 9、带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。 10、冲击波脉宽：≥150us。 11、双通道输出独立控制，1路冲击治疗输出，1路按摩治疗输出。 12、冲击手枪，配备≥6种冲击治疗头。 13、按摩手枪，配备≥2种按摩治疗头。 14、具有无线联网功能。 15、治疗模式≥6种 16.设计使用寿命≥8年

2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中医四诊综合设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	舌脉象、经穴、体质辨识采集分析仪 1、具备AI智能舌象检测、AI智能面象检测、AI智能脉象检测、AI智能体质辨识检测、AI智能问诊检测、AI智能合参检测等多种诊疗检测功能，其中各功能单元支持独立运行并自动输出单项检测报告，亦可整合运行生成多诊合参综合报告。 2、设备整体技术指标须符合《YY/T1488-2016舌象信息采集设备》《YY/T1489-2016中医脉图采集设备》标准要求。 3、设计主机使用寿命：≥10年。 4、对舌图像的分析结果：整体舌象分析结果≥100种。 5、可通过舌面象特征采集与智能化分析，可得出整体面色、局部特征（耳鼻、面态、面形）的结果；对面图像的分析结果：整体面色分析结果≥40种。 6、可生成舌下络RGB值；舌面、舌下络光泽度具体数值。 7、舌面象报告支持出具≥500种中医证名证候证型诊断结果，输出各证名对应的概率量化评估结果，中医证名报告结果以饼状图及百分比进行可视化展示。 8、脉搏传感器触力面为符合人体工程学的传感器。 9、外加力学量的准确性：设备可设定外加力学量，设定范围为0~250gf/cm²，设定值的最大允许误差为±15%。 10、压力稳定性：压力控制模块在0至70kPa范围内，压力稳定后的1min内，压力无变化。 11、设备具有泄压功能。 ★12、配备三组独立脉象传感器，同时获取寸关尺三部脉的实时脉象信息，支持电量显示功能。 13、可根据检测结果给出气血津液分析报告。 14、提供寸、关、尺三部脉象说明、脉象原理、主病；经脉辨证图、经脉辨证图解析、气血津液分析、养生建议。 ▲15、配置中医体质辨识单元，须符合中华中医药学会GB/T46939-2025《中医体质分类与判定》标准，可输出≥9种基本体质以及百余种复合体质。 16、配置智能问诊单元，包含≥400种常见西医疾病和中医病证。 17、具备望、问、切、体质辨识的多诊合参功能，综合诊断功能，且出具任意两种及两种以上检测项目组合均可形成多诊合参报告。 18、主机：内存≥8G，硬盘≥固态256GB+机械≥1T。 显示器：液晶显示器，显示比例16:9，分辨率≥1080P。可旋转采集箱外观：采集口符合人体工程学设计，贴合面部，内部配有换气通风装置、紫外线消毒灯、可拆卸消毒的下颌托与唾液接盘，发光组件为曲面，照明光源为LED灯，显色指数：Ra≥93。色温：4500K-7000K。辐射照度≥350W/m²。配备专业单反相机，像素数≥1800万，图像分辨率≥5lp/mm。
---	---	--

2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：液压电动起立床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、电源：AC220V±22V。50Hz±1Hz。 2、功率≥250VA。 3、控制方式：手柄控制。 4、床面尺寸（长宽）：1800×700mm，允差≤±50mm。 5、床面离地高度：500-600mm，允差≤±50mm。 6、外形尺寸（长宽高）：2050×780×840mm，允差≤±50mm。 7、桌面尺寸（长宽）：700mm×500mm,允差≤±20mm。 8、起立角度：0°～90°连续可调，允差≤±10°。 9、脚踏板调整角度：背屈最大为0-30°，跖屈最大为0-30°，允差≤±5°。 10、活动脚轮：压下脚踏四联动装置床架上升，升起脚踏四联动装置床架下降，4个脚轮升起锁止。 11、电机最大升降推力≥8000N。 12、承重≥180kg，允差≤±5kg。 13、床架：≥40*40*3mm 14.脚托板：分体式，单只≥300*150mm，静态承重≥300kg。 15、绑带：胸/腹/腰/腿≥3组，宽≥125mm，插扣承重≥50kg。
2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能牵引设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、额定输入功率： $\geq 120\text{VA}$ 。 2、腰椎牵引行程： $0\sim 300\text{mm}$ ，允差 $\leq \pm 10\text{mm}$ 。 3、腰椎牵引力： $0\sim 990\text{N}$ ，级差 $\leq 10\text{N}$ 。 4、牵引总时间： $0\sim 99\text{min}$ ，级差 $\leq 1\text{min}$ ，允差 $\leq 30\text{s}$ 。 5、牵引时间： $0\sim 9\text{min}$ ，级差 1min ，误差 $\leq 30\text{s}$ 。 6、间歇时间： $0\sim 9\text{min}$ ，级差 1min ，误差 $\leq 30\text{s}$ 。 7、颈椎牵引力： $0\sim 300\text{N}$ ，级差 $\leq 10\text{N}$ 。 8、颈椎牵引行程： $0\sim 300\text{mm}$ ，允差 $\leq \pm 10\text{mm}$ 。 9、成角动作范围： $-10^{\circ}\sim +30^{\circ}$ ，允差 $\leq \pm 2^{\circ}$ 。 10、平摆动作范围： $\pm 20^{\circ}$ ，允差 $\leq \pm 2^{\circ}$ 。 11、旋转动作范围： $\pm 25^{\circ}$ ，允差 $\leq \pm 2^{\circ}$ 。 12、热疗加热温度 45°C ，允差 $\leq \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，超过 45°C 超温保护装置启动，温热等级可调。 13、具有牵引力自动补偿功能。 14、治疗处方： ≥ 15 种。 15、四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引。 16、具有最大牵引力控制、患者应急线控手柄、医务人员操作急退键等安全方式。
2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：临床医疗设备购置项目

标的名称：牙科数字印模仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1、扫描范围：标准头 $\geq 16\text{mm}\times 12\text{mm}$ ；迷你头 $\geq 12\text{mm}\times 9\text{mm}$ 。 2、扫描景深： $\geq 22\text{mm}$ ；单牙标准状态扫描精度 $\leq 0.02\text{mm}$ ；扫描帧率 ≥ 20 帧/秒。 3、扫描手柄本体（不含连接线缆）重量 $\leq 260\text{g}$ 。 4、扫描头配置：标准扫描头前端 $\leq 20\text{mm}\times 17\text{mm}$ ，迷你扫描头前端 $\leq 16\text{mm}\times 12\text{mm}$ ；扫描头总长 $\leq 120\text{mm}$ ；配置标准扫描头 ≥ 3 个，迷你扫描头 ≥ 1 个，扫描头高温高压灭菌可循环次数 ≥ 100 次。 5、设计使用年限 ≥ 8 年。 ▲6、机身配备物理按键，可快捷暂停、开始扫描；设备内置陀螺仪，支持体感操作调用相关功能。 7、具备一键自动标定功能。 8、设备软件要求永久免费使用、永久免费升级，具有权限管理功能。 9、软件集成录屏、截图功能，可保存视频、图片作为临床病例素材。

- 10、具备售后远程技术支持能力。
 - 11、扫描过程可实时去除唇、颊、舌黏膜多余杂余数据。
 - 12、具备边缘线提取、倒凹检查、咬合间隙检测、金属牙扫描功能。
 - ▲13、具备精细扫描模式，开启后提升扫描数据细节表现，优化后处理质量。
 - ▲14、支持虚拟排牙，可输出正畸模拟动画；
 - 15、支持创建、对比多个正畸模拟方案，支持手动修改排牙方案，包含牙弓调整、牙齿调整、邻面去釉等；
 - 16、支持正畸模拟动画、图片导出功能，或生成二维码进行分享；
 - 17、支持Moyers预测、拥挤度测量、Bolton比测量、覆合覆盖测量、磨牙关系测量、Spee曲线深度测量。
 - 18、动态咬合功能：可实时扫描、记录下颌运动轨迹，还原下颌牙列运动轨迹，辅助识别去除咬合干扰点。
 - ▲19、多咬合功能：支持采集正中咬合、前伸咬合、侧方咬合等多种咬合状态，记录多组咬合关系，全面评估动态咬合情况。
 - 20、可对龋坏、牙体缺损/缺失、牙列缺失、错颌畸形等情况开展检查；
 - 21、报告支持软件端直接查看；支持二维码扫码浏览；支持导出图片、PDF格式，可直接打印纸质报告；
 - 22、手机扫码查看报告可浏览真彩三维数据；
 - 23、支持导入影像资料，可在影像上完成牙位备注、录入治疗方案，编辑结果可保存并生成口腔检查报告输出。
 - 24、3D模型制作：口扫描数据支持快速编辑，可实现封底、抽壳、加字、排溢孔等操作，输出可直接用于3D打印的文件格式。
 - 25、制备体修正：提取基牙边缘线后可进入该功能；支持就位道设置、倒凹填补、边缘线下沉等编辑操作。
 - 26、支持上传多种患者病例资料及附件，含临床照片、CBCT数据等；
 - 27、支持云端预览真彩3D扫描数据。
 - 28、支持本地门诊存储；云功能为可选使用，不影响核心离线业务。
 - 29、印模扫描处理：支持印模扫描数据处理叠加口扫数据，辅助处理龈下边缘、桩核等深部扫描临床病例。
 - ▲30、种植扫描杆匹配：支持种植扫描杆识别自动匹配对齐；具备种植体数据库，兼容主流第三方种植扫描杆，可通过软件升级扩充数据库。
 - 31、无牙颌扫描模式：针对大面积黏膜、无牙颌病例，开启后可优化扫描速度以及数据拼接效果。
- 配套触控一体机硬件
- 32、触控屏一体机：处理器综合性能 ≥ 12700 处理器性能水平；内存 $\geq 32\text{GB}$ （DDR4）；固态硬盘 $\geq 2\text{TB}$ ；独立专业图形显卡显存 $\geq 12\text{GB}$ ，图形处理性能不低于NVIDIA RTX A2000 GDDR6或同等性能；中文操作系统，触控显示屏 ≥ 23 英寸。
 - 33、配备移动推车支架，带万向轮。
 - 34、供电保障：整机扫描工作状态可持续供电 ≥ 2 小时；电脑开机无操作休眠状态可持续供电 ≥ 6 小时；可采用一体机内置电池或移动推车内置集成UPS不间断电源方式实现。

		35、数据安全：系统具备分级用户权限管理；操作日志全程留痕；具备病例数据本地备份、恢复功能。
2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科根管预备马达

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、电源适配器：输入交流100V-240V，50Hz/60Hz。 2、无线手柄内置可反复充电锂电池，支持无线充电或触点充电； 3、扭矩可调范围：0.4N·cm～5.0N·cm，扭矩准确度≤±20%或者±0.2N·cm（取最大值）。 4、转速可调范围：100r/min～2500r/min，转速准确度≤±10%；设备分类为连续运行设备。 5、采用无刷电机。 6、配套6:1传动比弯手机，弯手机可360°旋转，迷你机头。 ★7、具备实时扭矩反馈控制技术，屏幕实时显示输出扭矩。 ▲8、无线手柄设计；操作面板采用触摸按键或防水实体键。 ▲9、内置主流镍钛机用锉系统预设参数。 ▲10、具备根尖位点触发保护功能。 11、支持根管智能动作设置，可实现自动启动、自动停止、根尖减速等操作模式。 12、支持自定义记忆程序，≥5组，每组可独立设置操作模式、转速、扭矩参数。 ▲13、闲置或空载一段时间后手柄自动停机。 14、设计实用寿命≥10年。
2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牙科电动抽吸系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、电源条件电源电压：AC220V，频率：50Hz；设备额定功率≥1.3KW。 2、支持100%连续不间断工作。 3、结构形式：真空负压泵采用高效真空泵气环式或同等性能型式均可，泵体安装于金属壳体内。整套机组由负压泵、水气分离单元、排污单元、电控单元组成；具备高效水气分离能力。 4、负压泵机组配置单泵头，同等总性能的多泵并联方案亦可接受； 5、机组抽吸流量≥900L/min； 6、机组最大真空负压≥-13kPa； ▲7、水气分离单元配备自动分水结构，可实现自动排污。 ▲8、配备专用电控线路板，可自动感应牙椅吸唾器工作状态，实现抽吸机自动启动、停止； 9、支持安全电压信号控制（DC24V）或无源干接点信号兼容； 10、具备应急运行功能，电控故障情况下可手动应急启动运行； ▲11、水气分离单元配备散热风机。 ▲12、废气通过独立管路引至室外排放，排气口配置可更换专用排气过滤器。
2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电容式负极板回路垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、工作原理：电容式负极回路。 2、电容阻抗。 3、配套连接导线长度≥4m；采用通用接口，兼容主流医用高频手术设备； 4、具备防灼伤安全设计。 5、回路垫主体材料具备良好弹性与生物相容性。 6、支持重复使用。 7、材料不影响X光透视成像。 8、有效电极区域尺寸：≥1140mm×440mm。

2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：功能高频手术电刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、单极输出（额定负载条件）：最大纯切功率≥300W；具备多档混切模式；单极点凝最大功率≥150W；喷射凝最大功率≥100W。 ▲2、双极电凝：支持脚控、自动双极模式，双极最大输出功率≥70W。 ▲3、单极工作主频：350kHz～550kHz。 ▲4、额定输入功率≥1000VA。 5、高频电刀主机1台；一次性高频手术电极刀柄≥2把；配套高频手术刀头≥1个；双脚控制开关1套；一次性中性极板≥5个；中性电极连接线1条；双极电凝镊1把及配套连接线；设备电源线1条。 ▲6、具备单极（纯切、多档混切、点凝、喷射凝）、双极电凝（脚控、自动）多种工作模式。 7、具备双极自动输出功能。 ▲8、具备组织阻抗识别功能，可根据人体组织阻抗动态调节输出功率，保障切凝效果稳定。 9、具备操作参数记忆功能，可保存常用手术预设参数。 10、支持单极、双极模式切换，具备双极低电压输出控制。 11、可搭配适配附件开展各类内窥镜手术。 12、支持双片中性极板接触面积实时监测。 安全性能 13、具备高频漏电流自动检测功能。 14、中性电极异常声光报警。 15、输出短路自动保护。 16、输出功率误差自动检测与补偿。 17、电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz

2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：输液泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、输液速度范围：0.1-1900ml/h。 ▲2、输液最小步进可达0.01ml/h。 3、输液精准度$\leq \pm 4.5\%$。 4、预置输液总量范围：0.1-9999.99ml；快进速度范围：0.1-2000ml/h；KVO保持流速：0.1-5ml/h可调。 ▲5、包括但不限于10种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、首剂量模式、微量模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式；具备联机联网功能。 ▲6、内置药物数据库，可储存≥ 4000种药物信息；支持多种药物颜色标识区分。 7、支持多泵功能，具备叠机功能，无需额外附件可实现多泵堆叠； 8、显示屏：≥ 3.5英寸电容触摸屏。 9、具备管路排气、自动/手动快进功能。 10、支持上阻塞、下阻塞双向压力报警。 ▲11、具备：阻塞报警自动停止输注。 12、具备管路压力实时监测，屏幕显示实时管路压力；具备阻塞压力自动释放功能，避免阻塞解除后产生意外推注剂量。 ▲13、压力报警阈值≥ 12档可调；阻塞报警产生瞬时丸剂量$\leq 0.2\text{ml}$；单一故障状态下最大意外输血量$\leq 0.25\text{mL}$。 14、单个气泡检测档位≥ 6档可调；规避延长管管壁自行产生气泡的问题。【最小单个气泡检测灵敏度】 15、空瓶检测灵敏度具备高、中、低三档可调。 16、设备最大阻塞报警压力$\leq 1350\text{mmHg}$。 17、输注累积量：至少支持总累积量、24h累积量、最近累积量、自定义时间段累积量；累积量范围0.00~9999.99mL，最小步进0.01mL。 18、支持外接条码扫描枪；可加装无线模块实现集中联网监测；支持护士呼叫信号输出。 19、内置充电锂电池；可选配高容量电池；25ml/h工况续航$\geq 10\text{h}$； 20、支持具备救护车车载转运功能防护设计。 21、整机重量$\leq 1.6\text{kg}$（含内置电池）。 22、具备语音提示功能。 ▲23、体重模式：体重设置范围0.1~500kg，最小步进0.1kg。
2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中医定向透药治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、供电：AC220V，50Hz；整机功耗≤120VA。 2、操作方式：配备物理按键或物理按键组合形式。 3、安全分类：Ⅰ类BF型医用康复理疗设备。 4、定时功能：支持30min定时档位，具备倒计时显示，治疗结束声光提示，定时时间可调； ▲5、输出波形：药物导入具备单向（非对称）波；同时具备正弦波、三角波、疏密波、脉冲调制波、间歇波、锯齿波、混合波等≥8种治疗波形。 6、输出频率：中频载波1250~4000Hz±10%；低频调制1~200Hz±15%。 ▲7、输出强度：≥50档连续可调；或同等精细无极可调输出峰值电压≥72VP-P。 ▲8、热疗功能：热疗最高温度≤50℃，多档位智能调节。 ★9、输出通道：≥4路独立输出通道；每一路通道可独立设置治疗时间、处方、输出强度；支持同时≥2人治疗，可多部位同步开展治疗。 10、内置处方：≥8组专家治疗处方。 11、连续不间断工作≥4小时；
2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：心电图机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、显示屏：≥5.5英寸TFT彩色液晶显示屏，支持中英文操作输入。 2、供电模式：交直流两用，内置锂电池；电池连续工作时间≥2小时。 3、数据存储：可存储≥300例患者心电病例；支持SD卡、USB接口实现病例导入导出。 4、具备导联示意图，可识别电极接触不良，分通道提示导联脱落信息。 ▲5、支持12导联同步采集、同步显示、同步打印输出。 ▲6、噪声电平：≤15μVp-p。 7、频率特性：0.05Hz~150Hz（-3dB）。 8、时间常数：≥5S。 ▲9、耐极化电压：≥±650mV。 ▲10、共模抑制比：≥100dB。 11、增益设置：具备多档增益，至少包含2.5mm/mv、5mm/mv、10mm/mv、20mm/mv，支持AGC自动增益，兼容组合增益模式。 12、记录走纸速度：至少支持10mm/s、25mm/s、50mm/s；

2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：认知矫正治疗系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	▲1、注册证适用范围须覆盖轻度认知障碍辅助评估、认知康复训练 2、系统架构：系统整体分为医生端、患者工作站两大模块，功能独立且数据互通。 3、医生端功能模块：包含不限于患者管理、标准方案、智能方案、开放方案、报告管理、工作站监测、档案管理、用药管理、统计分析功能。 4、患者工作站功能模块：包含但不限于认知评估模块、认知训练模块，专项用于患者自助评估与康复训练。 ▲5、核心必备量表：系统内置核心认知及精神评估量表，包含但不限于：简明心理状况测验（MMSE）、蒙特利尔认知评估量表（MoCA）、社会支持评定量表（SSRS）、特质应对方式问卷（TCSQ）、Hachinski缺血量表（HIS）（他评）、临床总体印象量表（CGI）、简易智力检测量表（AMTS）（他评）、阿尔兹海默病筛查表（AD8）、MES记忆与执行筛查量表（他评）、临床痴呆评定量表（CDR）、功能独立性评定FIM量表。 ▲6、系统内置认知功能及精神评估量表总数量≥120个，涵盖自杀风险、社会支持、情绪状态、神经精神、行为记忆、运动能力等多维度评估量表，满足不同病症、不同年龄段患者的评估需求。 ▲7、系统具备专业范式评估功能，必须内置读字练习、面部表情识别、工作记忆、GO-nogo、威斯康星卡片分类测验、心理推理测验、SDMT符号数字模式测验、PASAT同步听觉连续加法测验、简单反应时、选择反应时、Boston命名测验等检测项目。 ▲8、系统内置评估总数量≥20个，可检测患者记忆、反应、注意力、执行功能、逻辑推理等多项认知指标。 9、核心必备训练任务：系统具备认知训练功能，包括不限于内置选择反应时训练、舒尔特方格训练、简单反应时训练、短时数字记忆训练、记忆大挑战、one-back训练营、空间广度训练营、瞬时记忆训练、短时空间记忆训练、速度知觉作业训练等康复训练项目。 ▲10、拓展训练配置：系统内置认知训练任务总项数≥60项，涵盖注意力、记忆力、空间感知、反应速度、逻辑思维等多维度训练内容。 ★11、系统内置治疗方案包括但不限于神经发育障碍、注意缺陷多动障碍、双相障碍、精神分裂、抑郁、焦虑、强迫、创伤及应激障碍、冲动控制、酒精依赖、物质成瘾、阿尔茨海默症等常见精神及认知障碍病症。 12、拓展方案配置：系统内置治疗方案总套数≥16套。

		13、智能方案管理：系统具备智能诊疗方案功能，具备一键智能评估功能。 14、系统具备全流程诊疗闭环功能。 15、具有批量处理功能。 16、具有档案导出功能。 17、医生端具有临床检测与干预功能。 18、具有统计功能。 19、数据安全规范。 20、系统支持分级用户管理，支持全程日志留痕；支持本地数据自动备份、手动备份及数据恢复功能；②系统与医院现有HIS、EMR系统标准对接接口，接口授权费用包含在投标总价内；医院HIS、EMR系统侧改造费用不含本项目总价，中标人负责提供接口文档并配合院内联调测试。 配置： 1、医生端成工作站（1台）屏幕≥23英寸，分辨率≥1920×1080；内存≥16GBDDR4；处理器≥4核8线程、主频≥2.8GHz；固态硬盘≥1TB；内置无线WiFi；正版简体中文操作系统（提供正版授权证明）。 2、患者触控测试终端（≥10台）。触控屏幕≥23英寸，分辨率≥1920×1080，支持多点触控；内存≥8GBDDR4；处理器≥4核、基础主频≥2.0GHz；固态硬盘≥128GB；内置无线WiFi；预装正版简体中文操作系统，提供正版授权证明。
2		注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脑电生物反馈治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1、软件具备信息管理、脑电检测、生物反馈训练、数据分析、系统设置、帮助等完整功能模块，支持系统安全退出。 ▲2、脑电反馈频段可调节，可针对一个或多个脑电频段开展增强或抑制训练；支持α、β、θ、SMR等波段单独训练及组合训练。 3、服务器管理端可同时实时管控≥ 10台治疗终端，可对各终端完成动画选择、难易程度设置、数据分析设置，实时查看各终端脑电信号变化。 4、服务器端支持统一设定终端训练方式，主持统一或个性化训练方案可选，也可单独对不同终端设置个性化训练方案，可实现同类型患者统一治疗，不同患者针对性治疗。 5、治疗终端训练数据可上传至服务器集中存储，服务器端支持患者治疗报告查询、打印输出。 6、多台治疗终端可独立配置不同疾病训练方案，各终端可加载不同反馈动画，开展针对性干预治疗。 7、训练全过程所有信息自动存储，支持医生调取历史数据，可对患者不同训练阶段的数据进行对比，观察训练效果。 8、具备数据分析平台，可对患者训练数据进行跟踪记录与统计分析，为医师临床评估提供数据参考依据。 9、系统可输出疗效报告、原始波形、时频分析、频域分析、趋势分析等分析结果。 ▲10、具备多种交互式反馈动画。 11、具备脑电信号伪差检测提示功能。 ▲12、脑电采集通道噪声电平$\leq 5\mu V$；共模抑制比$\geq 80dB$。 13、系统具备分级用户权限管理；全操作日志留痕；支持本地数据备份与恢复。 14、配备治疗终端支持脱离服务器单机独立开展训练，本地可保存训练数据。 配置：服务器管理端≥ 1套，治疗终端≥ 10套。
2	注：★为实质性参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为无效投标。 ▲为重点参数。必须提供相应证明材料（三方检测报告或所投设备原版说明书影印件或产品彩页，如须以注册证作为佐证材料，须一并提供注册证。①详细标明投标文件页码②加盖投标人电子公章予以佐证）未满足上述条件视为负偏离，按照技术参数评分标准进行减分。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	-----------------------	------------------	--------	--	---

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	-----------------------	------------------	--------	--	---

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部

门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	---	--

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	---	--------	--	---

三.评标程序

1.符合性审查

- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：“两专科一中心”医疗设备购置项目

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：临床医疗设备购置项目

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按

一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术指标响应程度	根据投标产品与招标文件规定的技术参数和要求的满足程度，完全满足或优于招标文件技术参数要求的得30分；标记为“★”的技术参数为实质性响应参数(共1项),若有任何一条负偏离或不满足则响应无效；标记为“▲”的技术参数为重要参数(共15项)若有任何一条负偏离或不满足扣2分，本小项最多扣30分；注：技术参数需真实响应，验收时进行逐一核对。如做虚假响应，一经证实，则取消中标资格并追究相	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

		应的法律责任。		具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
项目实施方案		根据供应商提供的项目实施方案进行评审，包括但不限于(1)供货及运输方案(2)安装调试服务方案(3)日常维护保养服务方案(4)故障维修服务方案(5)操作与维护培训方案(6)履约交付应急预案。以上6项每一项描述详细且合理最高得2分，本项最高得12分，不提供或提供内容不符合采购需求不得分，每项每一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。(提供内容不符合采购需求是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关	12.0000	主观 开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会

技术评审		键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不能出现的情形等任意一种情形)。			保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	产品质量	根据供应商提供的产品质量资料进行评审，包括但不限于(1)产品成熟度、运行稳定性、安全性(2)耗材、易损件的通用性(3)系统的兼容性(4)产品质量保障措施。以上4项每一项描述详细且合理最高得2分，本项最高得8分，不提供或提供内容不符合采购需求不得分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。(提供内容不符合采	8.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表

	购需求是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)		投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	根据供应商提供的技术能力资料进行评审，内容包括但不限于(1)投标产品生产(研发)过程中所采用的技术资料(2)工艺流程、技术装备等情况。以上2项每一项描述详细且合理最高得2分，本项最高得4分，不提供或提供内容不符合采购需求不得分，每项每有一处内容存在缺陷不		开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料

技术能力	足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。(提供内容不符合采购需求是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)	4.0000	主观	本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	根据供应商提供的售后服务方案进行评审，内容包括但不限于(1)售后管理制度(2)售后服务团队配置(3)质量问题产品的退换方案。以上3项每一项描述详细且合理最高得2分			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函

	售后服务	， 本项目最高得6分， 个提供或提供内容不符合采购需求不得分， 每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分， 扣完为止。(提供内容不符合采购需求是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的， 存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形)。	6.0000	主观	投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函

商务评审	业绩	投标人近年(2023年1月1日至提交投标文件截止时间止)类似项目业绩，每提供一份得5分，本项最高得10分。证明文件：提供合同(合同应至少提供合同关键内容页、签字盖章页，时间以合同签订日期为准)提供清晰无遮档复印件加盖公章，否则不得分；未提供不得分。	10.0000	客观	联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	--	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	---	--------	--	--

采购包2：

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术指标响应程度	根据投标产品与招标文件规定的技术参数和要求的满足程度，完全满足或优于招标文件技术参数要求的得30分；标记为“★”的技术参数为实质性响应参数(共3项),若有任何一条负偏离或不满足则响应无效；标记为“▲”的技术参数为重要参数(共40项)若有任何一条负偏离或不满足扣0.75分，本小项最多扣30分；注：技术参数需真实响应，验收时进行逐一核对。如做虚假响应，一经证实，则取消中标资格并追究相应的法律责任。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中

				没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
项目实施方案	根据供应商提供的项目实施方案进行评审，包括但不限于(1)供货及运输方案(2)安装调试服务方案(3)日常维护保养服务方案(4)故障维修服务方案(5)操作与维护培训方案(6)履约交付应急预案。以上6项每一项描述详细且合理最高得2分，本项最高得12分，不提供或提供内容不符合采购需求不得分，每项每一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。(提供内容不符合采购需求是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条	12.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书

		件下不能出现的情形等任意一种情形)。			参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
技术评审	产品质量	根据供应商提供的产品质量资料进行评审，内容包括但不限于(1)产品成熟度、运行稳定性、安全性(2)耗材、易损件的通用性(3)系统的兼容性(4)产品质量保障措施。以上4项每一项描述详细且合理最高得2分，本项最高得8分，不提供或提供内容不符合采购需求不得分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。(提供内容不符合采购需求是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；	8.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责

	存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形)			任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
技术能力	根据供应商提供的技术能力资料进行评审，内容包括但不限于(1)投标产品生产(研发)过程中所采用的技术资料(2)工艺流程、技术装备等情况。以上2项每一项描述详细且合理最高得2分，本项最高得4分，不提供或提供内容不符合采购需求不得分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。(提供内容不符合采购需求是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先	4.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

		后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)		的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
售后服务		根据供应商提供的售后服务方案进行评审，内容包括但不限于(1)售后管理制度(2)售后服务团队配置(3)质量问题产品的退换方案。以上3项每一项描述详细且合理最高得2分，本项最高得6分，不提供或提供内容不符合采购需求不得分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。(提供内容不符合采购需求是指内容缺项漏项、不完	6.0000	主观 开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应

		整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形)。		提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
		投标人近年(2023年1月1日至提交投标文件截止时间止)类似项目业绩，每提供一份得5分，本项最高得1		开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声

商务评审	业绩	0分。证明文件：提供合同(合同应至少提供合同关键内容页、签字盖章页，时间以合同签订日期为准)提供清晰无遮挡复印件加盖公章，否则不得分；未提供不得分。	10.0000	客观	明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
		F1指价格项评审因素得分=（评标			开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函

价格评审	价格评审	基准价/投标报价)×100×价格项 评审因素所占的权重(注:满足招 标文件要求且投标价格最低的投标 报价为评标基准价。)最低报价不 是中标的唯一依据。因落实政府采 购政策进行价格调整的,以调整后 的价格计算评标基准价和投标报价 。	30.0000	客观	缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人(供应商)应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
------	------	--	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标(响应)文 件格式文件
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	---	---

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间:_____

(二)交付地点:_____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量:_____

(四)乙方交付货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路:_____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：“两专科一中心”医疗设备购置项目

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：本国产品成本比例声明表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：开标一览表
- 详见附件：分项报价表

采购包2：临床医疗设备购置项目

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表