精神康复楼餐厅厨房设备购置项目

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区精神卫生中心(内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医院)

采购代理机构名称：内蒙古自治区公共资源交易中心

项目编号：NMGZC-G-H-260761

2026年10月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古自治区公共资源交易中心 受 内蒙古自治区精神卫生中心(内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医院) 委托, 采用公开招标方式组织采购 精神康复楼餐厅厨房设备购置项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 精神康复楼餐厅厨房设备购置项目

项目编号： NMGZC-G-H-260761

采购计划备案号： 内政采计划[2026]36561

2.内容及划分采购包情况

采购包1：合同包一

采购包预算金额（元）: 1,915,251.80

采购包最高限价（元）: 1,915,251.80

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	平板车	10.00	11,520.00	台	工业	否	否	否	否
2	单孔残食台	1.00	912.00	个	工业	否	否	否	否
3	垃圾桶	1.00	288.00	个	工业	否	否	否	是
4	单星工作台	2.00	3,552.00	个	工业	否	否	否	否
5	大单星水池	1.00	888.00	个	工业	否	否	否	是
6	热水器	6.00	17,280.00	台	工业	否	否	是	是
7	洗地龙头	4.00	14,880.00	台	工业	否	否	是	是
8	根茎类蔬菜清洗机	2.00	60,000.00	台	工业	否	否	否	否
9	多功能切菜机	1.00	27,600.00	台	工业	否	否	否	否
10	蔬菜切条机	1.00	25,200.00	台	工业	否	否	否	否
11	工具消毒柜	3.00	18,720.00	台	工业	否	否	否	否
12	活动工作台	4.00	7,680.00	个	工业	否	否	否	否
13	四层货架	47.00	59,784.00	组	工业	否	否	否	是
14	送餐车	16.00	16,128.00	台	工业	否	否	否	否
15	地秤	2.00	1,920.00	台	工业	否	否	否	否
16	挂墙洗手池	3.00	3,024.00	个	工业	否	否	否	是
17	烘手器	3.00	696.00	台	工业	否	否	否	否
18	员工消毒柜	1.00	6,240.00	台	工业	否	否	否	否

19	大单星水池	3.00	3,456.00	个	工业	否	否	否	是
20	立式开水器	1.00	8,568.00	台	工业	否	否	是	是
21	洗碗间清洗筐架	1.00	1,272.00	组	工业	否	否	否	是
22	长龙式洗碗机	1.00	140,000.00	台	工业	是	否	否	否
23	排气罩	4.20	5,460.00	平方	工业	否	否	否	否
24	装饰板	12.60	7,560.00	平方	工业	否	否	否	否
25	集烟箱	12.00	3,480.00	平方	工业	否	否	否	否
26	热风循环消毒柜	4.00	23,808.00	台	工业	否	否	否	否
27	上掀门储物柜	2.00	5,952.00	组	工业	否	否	否	是
28	风机控制柜	1.00	480.00	台	工业	否	否	否	否
29	风机控制柜	2.00	960.00	台	工业	否	否	否	否
30	双星收残台（左星）	1.00	1,344.00	个	工业	否	否	否	否
31	高压花洒	1.00	1,632.00	个	工业	否	否	是	否
32	揭盖式洗碗机	1.00	24,000.00	台	工业	否	否	否	否
33	洁碟台连茜架	1.00	1,680.00	个	工业	否	否	否	否
34	抽气罩	1.69	2,197.00	平方	工业	否	否	否	否
35	集烟箱	3.12	904.80	平方	工业	否	否	否	否
36	装饰板	6.63	3,978.00	平方	工业	否	否	否	否
37	管道	348.00	100,920.00	平方	工业	否	否	否	否
38	风柜	1.00	9,600.00	组	工业	否	否	否	否
39	工具柜	1.00	3,600.00	组	工业	否	否	否	是
40	双星水池	1.00	1,320.00	个	工业	否	否	否	是
41	冷藏操作台	5.00	18,960.00	个	工业	否	否	否	否
42	单通荷台	1.00	2,976.00	个	工业	否	否	否	否
43	挂墙单层板	1.00	720.00	组	工业	否	否	否	是
44	冷藏库	1.00	98,000.00	套	工业	否	否	否	否
45	冷冻库	1.00	98,000.00	套	工业	否	否	否	否
46	米面架	11.00	8,448.00	组	工业	否	否	否	是
47	三层备餐柜	3.00	8,928.00	组	工业	否	否	否	是
48	热风单通荷台	2.00	9,504.00	个	工业	否	否	否	否
49	四门留样柜	1.00	5,928.00	组	工业	否	否	否	否

50	吊柜	13.00	21,216.00	组	工业	否	否	否	是
51	双层工作台	1.00	912.00	个	工业	否	否	否	否
52	净化一体开水器	3.00	25,704.00	台	工业	否	否	是	是
53	单星水池	2.00	1,680.00	个	工业	否	否	否	是
54	热风双通荷台	2.00	10,464.00	个	工业	否	否	否	否
55	电磁矮汤炉	1.00	6,960.00	台	工业	否	否	否	否
56	电磁摇摆汤锅	1.00	26,000.00	台	工业	否	否	否	否
57	电磁四眼煲仔炉	1.00	6,480.00	台	工业	否	否	否	否
58	电磁单头单尾小炒灶	2.00	12,000.00	台	工业	否	否	否	否
59	电磁双头大锅灶	2.00	46,080.00	台	工业	否	否	否	否
60	电磁单头大锅灶	1.00	13,440.00	台	工业	否	否	否	否
61	炉拼台连料车	4.00	6,240.00	个	工业	否	否	否	否
62	单通备餐台	1.00	2,736.00	个	工业	否	否	否	否
63	UV一体烟罩	5.00	89,000.00	台	工业	否	否	否	否
64	UV一体烟罩	2.00	35,600.00	台	工业	否	否	否	否
65	装饰板	22.40	13,440.00	平方	工业	否	否	否	否
66	装饰板	10.90	6,540.00	平方	工业	否	否	否	否
67	集烟箱	38.40	11,136.00	平方	工业	否	否	否	否
68	防火阀	13.00	10,920.00	个	工业	否	否	否	否
69	止回阀	8.00	9,600.00	个	工业	否	否	否	否
70	法兰	20.00	2,400.00	个	工业	否	否	否	否
71	变径	4.00	3,360.00	个	工业	否	否	否	否
72	弯头	6.00	3,600.00	个	工业	否	否	否	否
73	灭火系统	4.00	76,800.00	套	工业	否	否	否	否
74	面案工作台	1.00	2,016.00	个	工业	否	否	否	否
75	面粉车	2.00	2,016.00	台	工业	否	否	否	否
76	豆浆机	1.00	10,800.00	台	工业	否	否	否	否
77	压面机	1.00	18,984.00	台	工业	否	否	否	否

78	打蛋机	1.00	20,496.00	台	工业	否	否	否	否
79	和面机	2.00	33,696.00	台	工业	否	否	否	否
80	包子机	1.00	39,600.00	台	工业	否	否	否	否
81	馒头机	1.00	10,800.00	台	工业	否	否	否	否
82	电饼铛	1.00	2,160.00	台	工业	否	否	否	否
83	食品添加剂柜	1.00	1,632.00	组	工业	否	否	否	是
84	三星水池	1.00	1,536.00	个	工业	否	否	否	是
85	电炸炉	1.00	2,400.00	台	工业	否	否	否	否
86	电磁矮汤炉	1.00	13,680.00	台	工业	否	否	否	否
87	推入式蒸箱	4.00	80,160.00	台	工业	否	否	否	否
88	三层电烤箱	3.00	25,560.00	台	工业	否	否	否	否
89	双通荷台1	1.00	2,976.00	个	工业	否	否	否	否
90	双通荷台2	2.00	5,952.00	个	工业	否	否	否	否
91	冷藏面案操作台	1.00	3,720.00	个	工业	否	否	否	否
92	UV一体烟罩	5.00	89,000.00	台	工业	否	否	否	否
93	UV一体烟罩	1.00	17,800.00	台	工业	否	否	否	否
94	装饰板	25.50	15,300.00	平方	工业	否	否	否	否
95	集烟箱	24.00	6,960.00	平方	工业	否	否	否	否
96	单孔残食台	2.00	1,824.00	个	工业	否	否	否	否
97	单通荷台	1.00	2,976.00	个	工业	否	否	否	否
98	自助餐台	10.00	72,000.00	米	工业	否	否	否	否
99	筷子消毒机	2.00	1,152.00	台	工业	否	否	否	否
100	粥煲	2.00	4,800.00	个	工业	否	否	否	否
101	汤煲	2.00	4,800.00	个	工业	否	否	否	否
102	布菲炉	10.00	45,000.00	台	工业	否	否	否	否
103	煮面桶	2.00	5,520.00	个	工业	否	否	否	否
104	双层工作台	1.00	960.00	个	工业	否	否	否	否
105	更衣柜	4.00	7,120.00	组	工业	否	否	否	是
106	四人餐桌椅	20.00	39,600.00	套	工业	否	否	否	是

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05020199 其他厨卫用具	平板车	平板车

2	A05020101 厨房操作台	单孔残食台	单孔残食台
3	A05029900 其他用具	垃圾桶	垃圾桶
4	A05020101 厨房操作台	单星工作台	单星工作台
5	A05020104 水池	大单星水池	大单星水池
6	A02061819 热水器	热水器	热水器
7	A05020106 水嘴	洗地龙头	洗地龙头
8	A02240300 菜类食品加工机械	根茎类蔬菜清洗机	根茎类蔬菜清洗机
9	A02240300 菜类食品加工机械	多功能切菜机	多功能切菜机
10	A02240300 菜类食品加工机械	蔬菜切条机	蔬菜切条机
11	A02322800 消毒灭菌设备及器具	工具消毒柜	工具消毒柜
12	A05020101 厨房操作台	活动工作台	活动工作台
13	A05010602 金属质架类	四层货架	四层货架
14	A05020199 其他厨卫用具	送餐车	送餐车
15	A02121201 地上衡	地秤	地秤
16	A05020104 水池	挂墙洗手池	挂墙洗手池
17	A02061899 其他生活用电器	烘手器	烘手器
18	A02322800 消毒灭菌设备及器具	员工消毒柜	员工消毒柜
19	A05020104 水池	大单星水池	大单星水池
20	A02061819 热水器	立式开水器	立式开水器
21	A05010602 金属质架类	洗碗间清洗筐架	洗碗间清洗筐架
22	A02061812 洗碗机	长龙式洗碗机	长龙式洗碗机
23	A02061807 排烟系统	排气罩	排气罩
24	A02061807 排烟系统	装饰板	装饰板
25	A02061807 排烟系统	集烟箱	集烟箱
26	A02322800 消毒灭菌设备及器具	热风循环消毒柜	热风循环消毒柜
27	A05010599 其他柜类	上掀门储物柜	上掀门储物柜
28	A02061807 排烟系统	风机控制柜	风机控制柜
29	A02061807 排烟系统	风机控制柜	风机控制柜
30	A05020101 厨房操作台	双星收残台（左星）	双星收残台（左星）
31	A05020110 淋浴器	高压花洒	高压花洒
32	A02061812 洗碗机	揭盖式洗碗机	揭盖式洗碗机
33	A05020101 厨房操作台	洁碟台连茜架	洁碟台连茜架

34	A02061807 排烟系统	抽气罩	抽气罩
35	A02061807 排烟系统	集烟箱	集烟箱
36	A02061807 排烟系统	装饰板	装饰板
37	A02061807 排烟系统	管道	管道
38	A02061807 排烟系统	风柜	风柜
39	A05010599 其他柜类	工具柜	工具柜
40	A05020104 水池	双星水池	双星水池
41	A05020101 厨房操作台	冷藏操作台	冷藏操作台
42	A05020101 厨房操作台	单通荷台	单通荷台
43	A05010699 其他架类	挂墙单层板	挂墙单层板
44	A02052302 冷库制冷设备	冷藏库	冷藏库
45	A02052302 冷库制冷设备	冷冻库	冷冻库
46	A05010602 金属质架类	米面架	米面架
47	A05010599 其他柜类	三层备餐柜	三层备餐柜
48	A05020101 厨房操作台	热风单通荷台	热风单通荷台
49	A02052303 冷藏箱柜	四门留样柜	四门留样柜
50	A05010599 其他柜类	吊柜	吊柜
51	A05020101 厨房操作台	双层工作台	双层工作台
52	A02061819 热水器	净化一体开水器	净化一体开水器
53	A05020104 水池	单星水池	单星水池
54	A05020101 厨房操作台	热风双通荷台	热风双通荷台
55	A05020102 炊事机械	电磁矮汤炉	电磁矮汤炉
56	A05020102 炊事机械	电磁摇摆汤锅	电磁摇摆汤锅
57	A05020102 炊事机械	电磁四眼煲仔炉	电磁四眼煲仔炉
58	A05020102 炊事机械	电磁单头单尾小炒灶	电磁单头单尾小炒灶
59	A05020102 炊事机械	电磁双头大锅灶	电磁双头大锅灶
60	A05020102 炊事机械	电磁单头大锅灶	电磁单头大锅灶
61	A05020101 厨房操作台	炉拼台连料车	炉拼台连料车
62	A05020101 厨房操作台	单通备餐台	单通备餐台
63	A02061807 排烟系统	UV一体烟罩	UV一体烟罩
64	A02061807 排烟系统	UV一体烟罩	UV一体烟罩
65	A02061807 排烟系统	装饰板	装饰板
66	A02061807 排烟系统	装饰板	装饰板
67	A02061807 排烟系统	集烟箱	集烟箱
68	A05020109 阀门	防火阀	防火阀
69	A05020109 阀门	止回阀	止回阀
70	A02061807 排烟系统	法兰	法兰
71	A02061807 排烟系统	变径	变径
72	A02061807 排烟系统	弯头	弯头

73	A02370100 消防设备	灭火系统	灭火系统
74	A05020101 厨房操作台	面案工作台	面案工作台
75	A05020199 其他厨卫用具	面粉车	面粉车
76	A02240300 菜类食品加工机械	豆浆机	豆浆机
77	A02240200 糕点糖果及果品加工机械	压面机	压面机
78	A02240200 糕点糖果及果品加工机械	打蛋机	打蛋机
79	A02240200 糕点糖果及果品加工机械	和面机	和面机
80	A02240200 糕点糖果及果品加工机械	包子机	包子机
81	A02240200 糕点糖果及果品加工机械	馒头机	馒头机
82	A05020102 炊事机械	电饼铛	电饼铛
83	A05010599 其他柜类	食品添加剂柜	食品添加剂柜
84	A05020104 水池	三星水池	三星水池
85	A05020102 炊事机械	电炸炉	电炸炉
86	A05020102 炊事机械	电磁矮汤炉	电磁矮汤炉
87	A02240500 食品蒸煮机械	推入式蒸箱	推入式蒸箱
88	A02240200 糕点糖果及果品加工机械	三层电烤箱	三层电烤箱
89	A05020101 厨房操作台	双通荷台1	双通荷台1
90	A05020101 厨房操作台	双通荷台2	双通荷台2
91	A05020101 厨房操作台	冷藏面案操作台	冷藏面案操作台
92	A02061807 排烟系统	UV一体烟罩	UV一体烟罩
93	A02061807 排烟系统	UV一体烟罩	UV一体烟罩
94	A02061807 排烟系统	装饰板	装饰板
95	A02061807 排烟系统	集烟箱	集烟箱
96	A05020101 厨房操作台	单孔残食台	单孔残食台
97	A05020101 厨房操作台	单通荷台	单通荷台
98	A05020101 厨房操作台	自助餐台	自助餐台
99	A02322800 消毒灭菌设备及器具	筷子消毒机	筷子消毒机
100	A05020102 炊事机械	粥煲	粥煲
101	A05020102 炊事机械	汤煲	汤煲
102	A05020102 炊事机械	布菲炉	布菲炉
103	A05020102 炊事机械	煮面桶	煮面桶

104	A05020101 厨房操作台	双层工作台	双层工作台
105	A05010503 更衣柜	更衣柜	更衣柜
106	A05010299 其他台、桌类	四人餐桌椅	四人餐桌椅

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古自治区公共资源交易中心

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号

邮编： 010055

联系人： 李婉君

联系电话： 0471-5332600

采购单位名称： 内蒙古自治区精神卫生中心(内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医院)

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市新城区乌兰察布西街23号内蒙古自治区精神卫生中心

邮编： 010010

联系人： 冯老师

联系电话： 4393531采购人接收质疑函联系人：冯老师，联系电话：0471-4393531

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
13	投标保证金	不收取保证金
14	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
15	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址：https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
16	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
17	有效投标人家数	采购包1：3家
18	中标供应商数量	采购包1：1名

19	中标候选供应商数量	采购包1：3名
20	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
21	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
22	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
23	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
24	其他	供应商对采购需求和评审结果的质疑，向采购人提出。 采购人接收质疑函联系人：冯老师，联系电话：0471-4393531，邮寄或送达地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区乌兰察布西街23号 内蒙古自治区精神卫生中心（内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医院）。 自治区公共资源交易中心质疑咨询电话：阮佳 0471-5332613

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时在开标时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；

（2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；

（6）投标文件中提供虚假材料的；

（7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；

（9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

（1）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；

（2）CA证书无法解密投标文件的；

（3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

（1）CA证书无法解密投标文件的；

（2）投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

（3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区精神卫生中心(内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医院)。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古自治区公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定:

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标人2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告，或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明，或“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”投标人书面承诺函(格式自拟)
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	①提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准);②提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证(以专用收据或社会保险缴纳清单为准);③或提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；注:A.其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据或承诺函。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。B.需同时提供上述第①、②项证明材料或单独提供上述第③项承诺函(格式自拟)。C.投标截止时间当月成立的投标人，完成税务登记和社会保障登记，视同满足本项资格条件要求。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函(格式自拟)。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述

面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的

姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

本项目属于精神康复楼餐厅厨房设备采购购置项目，立足康复楼日常运营管理与就餐患者的实际使用需要，补齐厨房配套硬件短板。项目完成设备供货、现场安装调试以及竣工验收投入使用以后，能够进一步健全医院后勤配套服务体系，保障精神康复楼平稳有序运转，切实保障辖区就诊群众、康复患者及职工的就餐服务需求。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后，采购人通知供货之日起一个月内
2		标的提供地点	内蒙古自治区精神卫生中心察布路院区、鸿盛院区。
3		合同履约期限	自合同生效之日起至全部货物（服务）交付、安装调试完成并经采购方验收合格之日止。
4		合同履约地点	内蒙古自治区精神卫生中心察布路院区及鸿盛院区，由供应商负责运输、安装并交付使用。
5		验收要求	质量要求、质保期及售后服务、验收标准、其他商务要求、采购项目的其他要求、质量保修范围和保修期、知识产权归属、处理方式、成本补偿、风险分担约定、违约责任与解决争议的方法详见附件-商务要求
6		合同支付方式	1、合同签订生效后，乙方须结合现场情况提交设计方案、平面布局方案、效果图及施工实施方案；全部方案经甲方审核确认通过后，甲方支付合同总价款的10%；，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00% 2、货物全部送达现场验收清点无误后，支付总价款的 30%；，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 3、项目安装调试完毕、整体验收合格后，支付总价款的30%；，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 4、待项目结算金额审定完成，甲方支付至审定金额的97%，剩余审定金额的3%作为履约保证金；自验收合格之日起满一年，项目运行稳定，无质量缺陷、无违约及售后纠纷的，达到付款条件起30个工作日内一次性无息返还履约保证金。，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：3 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：待项目结算金额审定完成，甲方支付至审定金额的97%，剩余审定金额的3%作为履约保证金；自验收合格之日起满一年，项目运行稳定，无质量缺陷、无违约及售后纠纷的，达到付款条件起30个工作日内一次性无息返还履约保证金。

8		其他	详见附件

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：平板车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采购商品名称：平板车 国产/进口：国产　数量：10 主要技术参数：1.尺寸：900mm*600mm*250mm(±10mm）； 2.载重能力：≥300～500kg； 3.车轮配置：具备4个4寸聚氨酯轮，前2个万向带刹，后2个定向； 4.材质：不锈钢管架+不锈钢/铁板台面； ▲5.不锈钢平板车通过GB/T 3280-2015、GB/T11170-2008标准且磷（P)化学成分≤0.045%，镍含量（Ni）8.0010.5。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单孔残食台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采购商品名称：单孔残食台 国产/进口：国产　数量：1 主要技术参数：1.尺寸：800mm*800mm*800mm+150mm(±10mm）； 2.材质：台面采用食品级304不锈钢板，厚度≥1.5mm，侧板、背板采用食品级304不锈钢板，厚度≥1.2mm； 3.≥150mm高挡水背； 4.台面：不锈钢码槽加固中间开孔200mm～300mm； 5.不锈钢台边内部具备卫生型封边； 6.总层数：两层； 7.层板：不锈钢码槽加固； 8.具备不锈钢可调子弹脚。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垃圾桶

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">垃圾桶</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：555mm*475mm*950mm（含盖）(±10mm）；
2.容量：≥60L;
3.材质：桶身及桶盖：100%高密度聚乙烯（HDPE）注塑成型;
4.壁厚：桶体壁厚≥4.8mm，桶体加强筋厚度≥5mm，桶底厚度≥5.1mm。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：单星工作台

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">单星工作台</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>2</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1800mm*800mm*800mm+150mm(±10mm）；
2.材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm;
3.左水池右平台；不锈钢台边内部具备卫生型封边；≥1个冷热水混合龙头；≥1个角位去水连满水通及隔渣板；星盆具备前裙板及侧裙板，裙板折边加固；空底无前通;
4.具备可调不锈钢子弹脚。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：大单星水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">大单星水池</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：800mm*800mm*800mm+150mm(±10mm）；
2.材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.不锈钢台边内部具备卫生型封边；≥1个冷热水混合龙头；≥1个角位去水连满水通及隔渣板；星盆具备前裙板及侧裙板，裙板折边加固；空底无前通；
4.具备可调不锈钢子弹脚；
▲5.不锈钢水池的食品接触产品安全认证证书，通过GB 4806.9-2023标准；（提供对应证书，同时附国家权威部门官网显示有效期内的查询截图及网址）
▲6.不锈钢水池通过GB/T 3280-2015、GB/T11170-2008标准且硅（Si）化学成分≤0.5%，硫（S）化学成分≤0.01%。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：热水器

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">热水器</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>6</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：845*475*300mm(±10mm）；最大容积：80L；加热方式：双管加热；
2.内胆材质：金刚；防水等级：IPX4
★3.本项目所投热水器属于《节能产品政府采购品目清单》中标注★的强制采购品目，供应商须提供国家确定认证机构出具、有效期内的节能产品认证证书，证书型号与投标产品型号一致，否则投标无效。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：洗地龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">洗地龙头</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>4</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：215mm*535mm*530mm(±10mm）；
2.开放式洗地龙头；黑色环氧涂层钢卷盘；
3.3/8"*35'(≥10.7m)软管；
4.具备缩径接头；
5.具备可调节式制动块；
6.卷盘具备多个孔位，可随意调整卷盘方向。
★7.本项目所投洗地龙头属于《节能产品政府采购品目清单》中标注★的强制采购品目，供应商须提供国家确定认证机构出具、有效期内的节能产品认证证书，证书型号与投标产品型号一致，否则投标无效。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：根茎类蔬菜清洗机

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">根茎类蔬菜清洗机</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>2</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1300mm*680mm*800mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.工作方式：毛辊摩擦+高压喷淋；
4.生产能力≥8kg/2min；
5.毛辊直径：φ120mm；长度：800～1500mm；
6.清洗效率：≥95%。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：多功能切菜机

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">多功能切菜机</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1220mm*570mm*1310mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.产量：800～1000KG；
4.切割尺寸：丝：2.3.4.5.6.8.10（mm）丁：8.10.12.15.20（mm）片：2.3.4.5.6.8（mm）；
5.具备切丁刀盘一组、切片刀盘一个，丝刀盘各一个；
▲6.设备整机满足GB 4706.1-2005、GB 21551.2-2010、GB/T 24170.1-2023、GB 4806.9-2023、GB 4806.1- 2016、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、SB/T 238-2008、GB 4806.11-2023、GB 4806.4-2016、GB 4806.7-2023、GB 31604.1-2023、GB 5009.156-2016、GB/T 4208-2017、SB/T 224-2013检测标准要求。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：蔬菜切条机

<table>
<tr><td>序号</td><td>参数性质</td><td>技术参数与性能指标</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">蔬菜切条机</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：800mm*500mm*900mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.切条尺寸：6mm、8mm、10mm、12mm、15mm可换刀模；
4.生产产能：300～800kg/h。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：工具消毒柜

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">工具消毒柜</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>3</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1200mm*700mm*1650mm(±10mm）
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm，钢化玻璃门；
3.消毒效果：二星级；
4.臭氧控制范围≥40(mg/m³)；
5.杀灭微生物种类：至少可杀灭大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌病原微生物等；
6.产品功能：至少由臭氧发生器、紫外线灯管、时间控制器等主要元件组成，以臭氧、紫外线为主要杀菌因子；
7.作用时间：≥60min；
8.控制方式：机械旋钮。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：活动工作台

<table>
<tr><td>序号</td><td>参数性质</td><td>技术参数与性能指标</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">活动工作台</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>4</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1800mm*800mm*800mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.台面：不锈钢码槽加固；
4.不锈钢台边内部具备卫生型封边；
5.总层数：两层
6.层板：不锈钢码槽加固；
7.车轮配置：静音万向脚轮，配备2个定向脚轮，2个刹车脚轮，圆角防磕碰。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：四层货架

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">四层货架</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>47</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1200mm*500mm*1550mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.层板尺寸：第一层（底层）：离地高度≥100mm，其余每层高度≥400mm；
4.具备可调不锈钢子弹脚；
▲5.不锈钢货架具有食品接触产品安全认证证书（通过GB 4806.9-2023标准），须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内；（提供对应证书，同时附国家权威部门官网显示有效期内的查询截图及网址）
▲6.不锈钢货架通过GB/T 3280-2015、GB/T 11170-2008标准且碳(C）化学成分≤0.05%，(Cr）含量17.5-19.5。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：送餐车

<table>
<tr><td>序号</td><td>参数性质</td><td>技术参数与性能指标</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">送餐车</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>16</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1300mm*750mm*900mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.脚轮配置：材质为橡胶2个带刹车、2个定向，带轴承消音。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：地秤

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">地秤</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>2</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：台面400mm*500mm(±10mm）；
2.秤体高度：含仪表立杆总高 900～950mm，无立杆台面高110～130mm；
3.秤盘材质：304不锈钢；
4.秤架结构：四纵四横碳钢；
5.供电方式：AC 220V±10% 50Hz 交流供电 + 内置6V/4Ah或6V/5Ah免维护蓄电池直流备用；
6.传感器类型：电阻应变式。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：挂墙洗手池

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">挂墙洗手池</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>3</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：400mm*210mm*300mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.星盆一次冲压成型，无焊接缺陷；
4.配备过滤排水口。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：烘手器

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">烘手器</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>3</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：240mm*230mm*240mm(±10mm）；
2.干手性能：220V;
3.防护配置：具备银离子抗菌滤网，底部带大容量抽拉式接水盒。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：员工消毒柜

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">员工消毒柜</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1200mm*450mm*1600mm(±10mm）；
2.容积：≥720L;
3.杀灭微生物种类：至少可杀灭大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒等微生物;
4.产品功能：由电热管、循环风机为主要元器件产生以高温为消毒因子;
5.消毒效果：二星级。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：大单星水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">大单星水池</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>3</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1000mm*800mm*800mm+150mm(±10mm）；
2.材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.不锈钢台边内部具备卫生型封边；
4.≥1个冷热水混合龙头；
5.≥1个角位去水连满水通及隔渣板；
6.星盆：前裙板及侧裙板，裙板折边加固；
7.空底无前通；
8.具备可调不锈钢子弹脚。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：立式开水器

<table>
<tr><td>序号</td><td>参数性质</td><td>技术参数与性能指标</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">立式开水器</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：600mm*500mm*1600mm(±10mm）；
2.材质：外壳冷轧钢板喷塑，内胆及出水嘴食品级304不锈钢；
3.净化功能：内置PP棉+活性炭+RO反渗透过滤，过滤精度≤0.0001μm；
4.开水功能：双胆加热，沸水温度≥99℃，即开即饮；
5.电气：微电脑智能控制，具备缺水、干烧、过热保护，自动补水、自动保温等功能。
★6.本项目所投立式开水器属于《节能产品政府采购品目清单》中标注★的强制采购品目，供应商须提供国家确定认证机构出具、有效期内的节能产品认证证书，证书型号与投标产品型号一致，否则投标无效。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：洗碗间清洗筐架

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">洗碗间清洗筐架</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1200mm*500mm*1550mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.层板尺寸：第一层（底层）：离地高度≥100mm，其余每层高度≥400mm；
4.具备可调不锈钢子弹脚。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：长龙式洗碗机

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">长龙式洗碗机</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

1			主要技术参数	1.尺寸：5000mm*900mm*1900mm(±10mm）； 2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm； 3.洗涤能力5800～9600（碟/小时）； 4.清洗温度10～60℃； 5.洗涤周期30～60s； 6.最大耗水≥520L/小时； 7.进水温度10～60℃； 8.自动除渣机功率≥9kw； 9.超声波清洗功率≥18kw； 10.清洗水箱功率≥9kw； 11.漂洗水箱功率≥27kw； 12.水泵及传送电机功率≥3.2kw； 13.超声波功率≥4kw； ▲14.稳定性：承载控制集成系统的控制箱依据GB/T2423.2-2008可通过耐受温度≥65°且≥20天(480h)无故障连续工作的高温工况，测试中通电连续工作正常；测试后，目视检查无损坏、变化、开裂、软化、变色等现象，产品性能及结构正常，通电运行正常；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） ▲15.抗菌要求：履带运作结构上的R齿、网爪连板、输送软压带、食品级的pp导向轮应能符合抗菌材料的特殊要求，依据GB 21551.2-2010提供权威微生物检测机构实测证明上述部件抗菌率≥99.99%；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告及产品防霉等级1级的产品抗菌认证证书佐证） ▲16.焊接要求：要求加热桶焊接质量高，焊缝纵向拉伸测试、横向拉伸测试、硬度测试能符合GB/T2652-2022、GB/T2651-2023、GB/T2654-2008标准要求，且能通过温度高于50℃渗透测试；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） ▲17.环保要求：包括且不限于对控制集成器、水温感测器、涡轮风机、电磁换向阀、背压阀、电磁接触器能依据GB/T 26572-2011、GB/T 39560.301-2020、GB/T 39560.4-2021、GB/T39560.702-2021、GB/T 39560.8-2021标准。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。				

标的名称：排气罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">排气罩</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>4.2</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：5000mm*1200mm*600mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.具备不锈钢调风阀；
4.与天花板连接，带法兰抽风口；
5.尺寸适合匹配洗碗机型号。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：装饰板

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">装饰板</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>12.6</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：7400mm*1700mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.不锈钢封板折边于刨槽墙身。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：集烟箱

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">集烟箱</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>12</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：5000mm*600mm*600mm(±10mm）；
2.材质：201不锈钢，厚度≥1.2mm。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：热风循环消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		采购商品名称：热风循环消毒柜 国产/进口：国产　数量：4 主要技术参数： 1.尺寸：1310mm*620mm*1910mm(±10mm）； 2.容积：≥720L； 3.额定输入功率：≥4.4KW； 4.可杀灭大肠杆菌等微生物； 5.产品功能：由电热管、循环风机为主要元器件产生以高温为杀毒因子的食具消毒柜； 6.消毒效果：二星级； ▲7.所投产品依据GB4806.9-2023标准检验，符合标准并获取证书；（提供对应证书，同时附国家权威部门官网显示有效期内的查询截图及网址） ▲8.消毒后的餐饮具符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》标准，感官指标符合要求、大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂、游离氯检测合格；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） ▲9.所投产品符合WS/T 10009-2023《消毒产品检测方法》标准，对金黄色葡萄球菌金黄亚种 、单核增生李斯特氏菌、幽门螺旋杆菌、黑曲霉、黄曲霉等菌种，灭杀率≥99.9%；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） ▲10.所投产品符合通过GB/T 17988-2024标准，满载情况下，开机30分钟，柜内各点消毒温度高于120℃，且持续时间大于15分钟；达到二星级要求；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） ▲11.所投产品符合通过GB/T 17988-2024标准，消毒效果微生物（大肠杆菌8099）检测，杀灭对数值＞6.5，消毒灭杀效果更佳，更符合食具安全要求；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） ▲12.所投产品符合通过GB/T 17988-2024标准，病毒灭活实验（脊髓灰质炎）检测，灭活对数值≥6.5，消毒灭杀效果更佳，更符合食具安全要求；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） ▲13.所投产品符合GB/T 6461-2002,GB/T10125-2021标准。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，及防腐蚀性能认证证书佐证）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：上掀门储物柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">上掀门储物柜</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>2</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1200mm*500mm*1800mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.5mm；
3.底部：厚度≥1.5mm不锈钢槽做加力筋；
4.层板：不锈钢板，厚度≥1.5mm；
5.门内壳：不锈钢板，厚度≥1.2mm；
6.滑道为平面直角，吊架式铝制导轨；
7.前后装无噪音承重滑轮；
8.柜角：Φ38*1.5mm不锈钢圆管；
9.具备可调试不锈钢子弹脚。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：风机控制柜

<table>
<tr><td>序号</td><td>参数性质</td><td>技术参数与性能指标</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">风机控制柜</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：600mm*500mm*260mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.额定功率：配风柜使用；
5.控制方式：微电脑控制，支持手动/自动切换，标配变频调速；
6.保护功能：具备短路、过流、欠压、缺相、过热保护，声光报警等功能；
7.核心配置：断路器、接触器，内置散热装置。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：风机控制柜

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">风机控制柜</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>2</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：600mm*500mm*260mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.额定功率：配风柜使用；
4.电源：三相供电；
5.控制方式：微电脑控制，支持手动/自动切换，标配变频调速；
6.保护功能：具备短路、过流、欠压、缺相、过热保护，声光报警等功能；
7.核心配置：断路器、接触器，内置散热装置。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：双星收残台（左星）

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">双星收残台（左星）</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1900mm*700mm*800mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.不锈钢台边内部具备卫生型封边；
4.星盆尺寸：500mm*700mm*250mm；
5.≥2个冷热水混合龙头；
6.≥2个角位去水连满水通及隔渣板；
7.星盆具备前裙板和侧裙板，裙板折边加固；
8.星盆下四面设横通,另一边空底无前通；
9.具备可调不锈钢子弹脚。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：高压花洒

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">高压花洒</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：610mm（24 寸）；
2.主体：全铜阀体；软管：304 不锈钢加密防爆；
3.耐温：4℃～60℃，冷热混水冲洗。
注：本产品属于优先采购节能产品，鼓励供应商投节能认证产品，证书作为评审加分依据，不强制提供。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：揭盖式洗碗机

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">揭盖式洗碗机</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：680mm*780mm*1360mm(±10mm）；
2.具备全自动控电高科控件，自动水量调控系统；
3.具备优质水泵+双擎全方位喷淋臂；
4.高压≥6公斤水力；
▲5.环保要求：包括且不限于对控制集成器、水温感测器、涡轮风机、电磁换向阀、背压阀、电磁接触器能依据GB/T 26572-2011、GB/T 39560.301-2020、GB/T 39560.4-2021、GB/T39560.702-2021、GB/T 39560.8-2021标准；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）
▲6.稳定性要求：承载控制集成系统的控制箱依据GB/T2423.2-2008可通过耐受≥55°以上且≥20天(480h)无故障连续工作的高温工况，测试中通电连续工作正常；测试后，目视检查无损坏、变化、开裂、软化、变色等现象，产品性能及结构正常，通电运行正常；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）
▲7.抗菌要求：履带运作结构上的R齿、网爪连板、输送软压带、食品级的pp导向轮应能符合抗菌材料的特殊要求，依据GB 21551.2-2010提供权威微生物检测机构实测证明上述部件抗菌率≥99.99%，确保从设备源头杜绝有病原微生物对人体造成伤害。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告、产品防霉等级1级的产品抗菌认证证书佐证）</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：洁碟台连茜架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采购商品名称：洁碟台连茜架 国产/进口：国产　数量：1 主要技术参数： 1.尺寸：1500mm*700mm*800mm(±10mm）； 2.采用高强度304食品级不锈钢板材，厚度≥1.2mm; 3.可固定于墙面。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抽气罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采购商品名称：抽气罩 国产/进口：国产　数量：1.69 主要技术参数： 1.尺寸：1300mm*1300mm*600mm(±10mm）； 2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm; 3.标配不锈钢调风阀; 4.与天花板连接，带法兰抽风口; 5.尺寸适配洗碗机型号。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：集烟箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采购商品名称：集烟箱 国产/进口：国产　数量：3.12 主要技术参数： 1.尺寸：1300mm*600mm*600mm(±10mm）； 2.材质：201不锈钢，厚度≥1.0mm。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：装饰板

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">装饰板</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>6.63</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：3900mm*1700mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.0mm；
3.不锈钢封板折边于刨槽墙身。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：管道

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">管道</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>348</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：600mm*600mm(±10mm）；
2.材质：201不锈钢，厚度≥1.0mm。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：风柜

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">风柜</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.风量：≥21000m3/H;
2.全压：≥1280Pa ；
3.转速：≥1250r/min;
4.电源三项380V、双吸式、噪音≤61～85dB。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：工具柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">工具柜</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：950mm*210mm*800mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：双星水池

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">双星水池</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1200mm*700mm*800mm+150mm(±10mm）；
2.材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm;
3.不锈钢台边内部具备卫生型封边;
4.≥2个冷热水混合龙头;
5.≥2个角位去水连满水通及隔渣板;
6.星盆具备前裙板及侧裙板，裙板折边加固;
7.空底无前通;
8.具备可调不锈钢子弹脚。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：冷藏操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		采购商品名称：冷藏操作台 国产/进口：国产　数量：5 主要技术参数： 1.尺寸：1800mm*700mm*800mm(±10mm）； 2.温度范围：+1℃～+4℃; 3.制冷方式：风冷; 4.≥2个带锁自动回归掩门; 5.可放置1/1GN盆,GN盆和搁物架，可自由交换; 6.浸塑层架数量（标配）：2层共4个; 7.外箱材料：SUS304不锈钢; 8.内箱材料：SUS304不锈钢; 9.高度≥150mm可调子弹脚; 10.温控类型：电子温控;
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通荷台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采购商品名称：单通荷台 国产/进口：国产　数量：1 主要技术参数： 1.尺寸：1500mm*800mm*800mm(±10mm）； 2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.5mm; 3.不锈钢柜边内部具备卫生型封边; 4.活动中层板; 5.层板：锈钢码槽加固; 6.具备不锈钢可调子弹脚。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：挂墙单层板

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		采购商品名称：挂墙单层板 国产/进口：国产　数量：1 主要技术参数： 1.尺寸：1800mm*300mm*300mm(±10mm）； 2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm； 3.立柱：51mm×1.5mm圆管,调节腿可调高度≥80mm； 4.每层不锈钢板，厚度≥1.5mm，高度≥150mm。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷藏库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采购商品名称：冷藏库 国产/进口：国产　数量：1 主要技术参数： 1.尺寸：4700mm*5450mm*2600mm(±10mm）； 2.库温范围：-5℃～+10℃（常用0～5℃）； 3.库板厚度：≥100mm（聚氨酯夹芯板）； 4.制冷剂：290A。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷冻库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采购商品名称：冷冻库 国产/进口：国产　数量：1 主要技术参数： 1.尺寸：7850mm*2000mm*2600mm(±10mm）； 2.库温范围：-25℃～-18℃（常用-18℃）； 3.库板厚度：≥100mm（聚氨酯夹芯板）； 4.制冷剂：290A。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：米面架

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		采购商品名称：米面架 国产/进口：国产　数量：11 主要技术参数： 1.尺寸：1200mm*500mm*200mm(±10mm）； 2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.5mm； 3.具备可调不锈钢子弹脚。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三层备餐柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采购商品名称：三层备餐柜 国产/进口：国产　数量：3 主要技术参数： 1.尺寸：1200mm*500mm*1800mm(±10mm）； 2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.5mm； 3.微电脑温控，带过热保护； 4.结构：三层独立储物层，玻璃推拉门，密封保温，层板可调节； 5.具备可调不锈钢子弹脚。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：热风单通荷台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采购商品名称：热风单通荷台 国产/进口：国产　数量：2 主要技术参数： 1.尺寸：1800mm*600mm*800mm(±10mm）； 2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.5mm； 3.不锈钢柜边内部具备卫生型封边； 4.活动中层板； 5.层板：不锈钢码槽加固； 6.微电脑控制，带过热保护； 7.具备不锈钢可调子弹脚。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四门留样柜

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">四门留样柜</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1200mm*700mm*1950mm(±10mm）；
2.温度范围：冷藏温度-2℃～10℃；
3.四门带锁,自动回归门；
4.制冷方式：风冷；
5.可放置8*2/1GN盆,GN盆和搁物架可自由交换；
6.浸塑层架数量（标配）：4层共8个；
7.外箱材料：SUS304不锈钢；
8.内箱材料：SUS304不锈钢；
9.≥150mm高可调子弹脚；
10.温控类型：电子温控；</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：吊柜

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">吊柜</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>13</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1800mm*350mm*400mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm，门板：钢化玻璃推拉门；
3.结构配置：无轨道移动玻璃柜门，静音滑轨；配备可调节不锈钢层板，下方预留多功能模块位，至少包含工具摆放处、保鲜膜存放处、毛巾挂架、荷台小料存放处、擦油纸存放处、油壶存放处、出单器或其他设备存放处等。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">双层工作台</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：550mm*700mm*800mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.台面:不锈钢码槽加固；
4.不锈钢台边内部具备卫生型封边；
5.总层数：两层；
6.层板：不锈钢码槽加固；
7.具备不锈钢可调子弹脚；
▲8.不锈钢工作台的食品接触产品安全认证证书，通过GB 4806.9-2023标准；（提供对应证书，同时附国家权威部门官网显示有效期内的查询截图及网址)
▲9.不锈钢工作台通过GB/T 3280-2015、GB/T 11170-2008标准且磷（P)化学成分≤0.03%，镍含量（Ni）8.00-10.5；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）
▲10.不锈钢工作台通过GB/T 38160-2019标准，氮N %≤0.10。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：净化一体开水器

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">净化一体开水器</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>3</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：600mm*500mm*1600mm(±10mm）；
2.材质：外壳冷轧钢板喷塑，内胆及出水嘴食品级304不锈钢；
3.净化功能：内置PP棉+活性炭+RO反渗透过滤，过滤精度0.0001μm；
4.开水功能：双胆加热，沸水温度≥99℃；
5.电气：微电脑智能控制，具备缺水、干烧、过热保护，自动补水、自动保温等功能。
★6.本项目所投净化一体开水器属于《节能产品政府采购品目清单》中标注★的强制采购品目，供应商须提供国家确定认证机构出具、有效期内的节能产品认证证书，证书型号与投标产品型号一致，否则投标无效。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：单星水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">单星水池</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>2</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：700mm*700mm*800mm+150mm(±10mm）；
2.材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.不锈钢台边内部具备卫生型封边；
4.≥1个冷热水混合龙头；
5.≥1个角位去水连满水通及隔渣板；
6.星盆具备前裙板及侧裙板，裙板折边加固；
7.空底无前通；
8.具备可调不锈钢子弹脚。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：热风双通荷台

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">热风双通荷台</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>2</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1800mm*700mm*800mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢厚≥1.5mm；
3.不锈钢柜边内部具备卫生型封边；
4.活动中层板；
5.层板：不锈钢码槽加固；
6.微电脑控制，具备过热保护功能；
7.具备不锈钢可调子弹脚。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：电磁矮汤炉

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">电磁矮汤炉</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：700mm*700mm*550mm+650mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.5mm；
3.电磁感应加热，热效率≥90%；
4.微电脑温控系统，具有无锅检测功能；
5.具备超温、自动故障检测，电压过高过低及缺相保护等功能；
6.火力电子显示，可调节大小；
7.多档火力调节，恒功率输出，循环散热结构；
8.具备双重金属壳屏蔽，防电磁辐射；
9.标配2个φ450x450HMMS/S厚底煲、耐高温硅胶保护垫；</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：电磁摇摆汤锅

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">电磁摇摆汤锅</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1270mm*1000mm*800mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.5mm；
3.加热：电磁加热；
4.温控：0～200℃可调；
5.摇摆功能：电动摇摆，摇摆角度0～30°可调；
6.电气：PLC微电脑控制，具备缺水、干烧、过热保护等功能；
7.配置：液压翻锅（倾角≥90°）。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：电磁四眼煲仔炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">电磁四眼煲仔炉</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：700mm*700mm*800mm+50mm(±10mm）；
2.材质：采用SUS304#不锈钢,面板厚度≥1.2mm，侧板厚度≥1.0mm；
3.火力段数：≥5；
4.线控≤1.5米；
5.控掣盒开孔尺寸：90mm*70mm*2mm；
6.不锈钢围边；</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：电磁单头单尾小炒灶

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">电磁单头单尾小炒灶</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>2</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1000mm*1000mm*800mm(±10mm）；
2.材料整体304#不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm；
3.电磁感应加热，热效率≥90%；
4.微电脑温控系统，具有无锅检测功能；
5.具备超温，自动故障检测，电压过高过低及缺相保护功能；
6.火力电子显示，可调节大小；
7.多档火力调节，恒功率输出，循环散热结构；
8.具备双重金属壳屏蔽，防电磁辐射；
10.标配1口炒锅、锅枕、调料板、冻水盆及炸篱架;</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：电磁双头大锅灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">电磁双头大锅灶</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>2</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：2500mm*1500mm*800mm(±10mm）；
2.材料整体304#不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm；
3.电磁感应加热，热效率≥90%；
4.微电脑温控系统，具有无锅检测功能；
5.具备设置超温，自动故障检测，电压过高过低及缺相保护等功能；
6.火力电子显示，可调节大小；
7.多档火力调节，恒功率输出，循环散热结构；
8.具备双重金属壳屏蔽功能，防电磁辐射；
9.标配φ1200mm炒锅2个；</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：电磁单头大锅灶

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">电磁单头大锅灶</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1250mm*1500mm*800mm(±10mm）；
2.材料整体304#不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm；
3.电磁感应加热，热效率≥90%；
4.微电脑温控系统，具有无锅检测功能；
5.具备设置超温，自动故障检测，电压过高过低及缺相保护等功能；
6.火力电子显示，可调节大小；
7.多档火力调节，恒功率输出，循环散热结构；
8.具备双重金属壳屏蔽，防止电磁辐射；</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：炉拼台连料车

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">炉拼台连料车</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>4</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：400mm*1500mm*800mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.挡水背及台面轮廓做法同拼排炉具一致；
4.台面：锈钢码槽加固；
5.不锈钢柜边内部具备卫生型封边；
6.具有可推拉料车；
7.具备不锈钢可调子弹脚，料车配备4个高强度静音尼龙轮，带刹车。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：单通备餐台

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">单通备餐台</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1200mm*800mm*800mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.5mm；
3.不锈钢柜边内部具备卫生型封边；
4.活动中层板；
5.层板：锈钢码槽加固；
6.具备不锈钢可调子弹脚。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：UV一体烟罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">UV一体烟罩</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>5</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：2000mm*1600mm*900mm(±10mm）；
2.材质：采用食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.具备五级净化功能；
4.数字智能显示，设备安装LED防爆照明灯，耐高温；
5.电源：3相；
6.装机容量≤2.4KW ；
▲7.设备UV紫外线灯管依据GB/T 19258.1-2022附录B 检测紫外线辐照强度平均值；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）
▲8.设备不锈钢板依据GB/T 2423.16-2022 /方法1 严酷等级1进行28天长霉试验，结果为0级（显微镜(放大 50 倍)下观察未见生长）；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）
▲9.UV灯管配件电子镇流器符合GB/T 19510.1-2023和GB/T 19510.203-2023标准的耐热、耐火和耐漏电起痕检测：热塑性塑料的球压试验、灼热丝试验（650℃）、针焰试验的试验结果符合要求；（需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）
▲10.设备内配件UV紫外线灯管符合GB/T 4208-2017外壳防护等级的要求，测试后样品内部无进尘、拆开检查样品内部无进水，达到IP6X和IPX9等级；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）
▲11.设备外壳为201不锈钢材质，盐雾测试符合GB/T 2423.17-2024的要求，结果为合格。在溶液浓度50g±5g/L,溶液PH值6.5～7.2测试条件下连续喷雾168小时以上，材质防护等级（GB/T 6461-2002标准）为10级；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）
▲12.设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：UV一体烟罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		采购商品名称：UV一体烟罩 国产/进口：国产　数量：2 主要技术参数： 1.尺寸：2000mm*1200mm*900mm(±10mm）； 2.材质：采用食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm； 3.具备五级净化功能； 4.数字智能显示，具备LED防爆照明灯，耐高温； 5.电源：3相； 6.装机容量≤2.4KW。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：装饰板

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**
1		采购商品名称：装饰板 国产/进口：国产　数量：22.4 主要技术参数： 1.尺寸：13200mm*1700mm(±10mm）； 2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm； 3.不锈钢封板折边于刨槽墙身。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：装饰板

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**
1		采购商品名称：装饰板 国产/进口：国产　数量：10.9 主要技术参数： 1.尺寸：6400mm*1700mm(±10mm）； 2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm； 3.不锈钢封板折边于刨槽墙身。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：集烟箱

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		采购商品名称：集烟箱 国产/进口：国产　数量：38.4 主要技术参数：1.尺寸：16000mm*600mm*600mm(±10mm）； 2.材质：201不锈钢，厚度≥1.0mm。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防火阀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采购商品名称：防火阀 国产/进口：国产　数量：13 主要技术参数：1.公称尺寸：670mm*590mm(±10mm）； 2.动作温度：150℃自动熔断关闭； 3.阀体材质：镀锌钢板，厚度≥1.5mm； 4.耐火极限：≥1.5h（E1.5级）； 5.控制方式：常开，带DC24V电动及手动复位； 6.漏风量：≤500m³/(m²·h)。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：止回阀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采购商品名称：止回阀 国产/进口：国产　数量：8 主要技术参数：1.阀门口径：670mm*590mm(±10mm）； 2.阀体材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm； 3.阀片类型：单瓣或多瓣重力式（风机停转靠自重关闭）； 4.开启压力：≤80Pa； 5.漏风量：≤500m³/(m²·h)（150Pa压差下）； 6.防火性能：感温元件动作温度150℃（熔断自动关闭），耐火极限≥1h； 7.连接方式：角钢法兰L25×3，螺栓孔φ10.5mm。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：法兰

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采购商品名称：法兰 国产/进口：国产　数量：20 主要技术参数： 1.法兰内口尺寸：670mm*590mm(±10mm）； 2.角钢规格：L30×3; 3.螺栓孔径：φ10.5mm; 4.螺栓孔距：≤150mm; 5.材质：Q235镀锌角钢; 6.连接螺栓：M10×35。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：变径

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采购商品名称：变径 国产/进口：国产　数量：4 主要技术参数： 1.大端尺寸：670mm*590mm(±10mm）； 2.小端尺寸：400mm*400mm(±10mm）； 3.长度：300mm; 4.材质：镀锌钢板≥1.0mm; 5.法兰：角钢法兰L25×3，螺栓孔φ10.5mm; 6.风速：设计风速8～12m/s。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：弯头

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">弯头</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>6</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.风管断面：670mm*590mm(±10mm）；
2.弯曲半径：R=1005mm(±10mm）；
3.内弧半径：335mm;
4.材质厚度：镀锌钢板≥1.0mm;
5.法兰规格：L25×3角钢法兰，螺栓孔φ10.5@≤150mm;
6.导流叶片：不设置。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：灭火系统

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">灭火系统</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>4</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			主要技术参数	1.尺寸：650mm*240mm*630mm(±10mm）； 2.控制箱材质：食品级304不锈钢板，厚度≥1.2mm； 3.灭火药剂贮瓶:规格：24L，材质：304不锈钢； 4.药剂瓶容器阀成套材质：304不锈钢； 5.包含火灾感温自动感温器、厨房灭火专用喷头、灭火剂储存瓶； 6.驱动部件、箱体、厨房设备灭火装置控制盘、及系统布线组成，启动瓶装有压力表随时监测瓶内压力； 7.自动启动：灭火控制器设置在自动状态时，若防护区发生有火灾或温度达到360～375℃时，油锅里的油开始自燃，短时间内温度达到≥400℃，燃烧的火焰产生的巨大热量使烟罩内温度升高至232℃时，该防护区的感温器断开动作并通过钢丝绳打开灭火装置内的机械控制阀，同时经过设定时间的延时，灭火控制器输出信号启动灭火系统； ▲8.厨房设备灭火装置控制箱（含控制系统）依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准进行中性盐雾试验，试验时间336小时，试验后样品表面无明显变化，破坏面积占比0%，耐腐蚀性能等级评定合格；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） ▲9.厨房设备灭火装置联动系统须通过GB/T 16838-2021标准规定的高温（70±2℃, 16h）和低温（-40±2℃, 16h）运行试验，试验期间及试验后样品外观无异常，能正常工作且功能正常，通过严酷等级 IV 级的测试条件；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） ▲10.厨房设备灭火装置具备有效的消防产品认证证书，认证依据XF498-2012标准，符合CCCF-CPRZ-21:2019实施规则要求。（提供对应证书同时附国家权威部门官网显示有效期内的查询截图及网址）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。				

标的名称：面案工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标			
1		采购商品名称	面案工作台		
		国产/进口	国产	数量	1
		主要技术参数	1.尺寸：1800mm*800mm*800mm(±10mm）； 2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.5mm； 3.木质案台。		
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。					

标的名称：面粉车

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">面粉车</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>2</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：500mm*500mm(±10mm）；
2.箱体采用304不锈钢,厚度≥1.2mm;
3.箱盖：304不锈钢板，厚度≥1.2mm;
4.标配4个带刹车掣万向轮。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：豆浆机

<table>
<tr><td>序号</td><td>参数性质</td><td>技术参数与性能指标</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">豆浆机</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1250mm*600mm*1300mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm;
3.产能：每小时产豆浆≥300L，具备自动磨浆、自动过滤、自动煮浆、自动排渣等功能;
4.控制方式：微电脑智能控制面板，具备一键启动，定时预约，全自动运行等功能;
5.功能配置：具备精细滤网、防溢保护、干烧保护、缺水自动停机、熬煮均匀无生浆等功能。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：压面机

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">压面机</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1035mm*650mm*1065mm(±10mm）；
2.轧辊调整范围5～25mm;
3.轧辊转速/min74r;
4.普通V带A1219-3;
5.防水等级IP*1;
6.最适宜水面比1:0.4-1:0.45;
▲7.设备整机满足GB/T 2423.17-2024检测标准要求。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：打蛋机

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">打蛋机</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：600mm*600mm*920mm(±10mm）；
2.容积：≥30L;
3.搅拌桶、球：不锈钢；钩、扇为铝材质;
4.标配：1桶1球1扇1钩;
5.搅拌速度：120/240/468转/分;</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：和面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">和面机</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>2</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：720mm*550mm*900mm(±10mm）；
2.容量：≥50kg；
3.桶容积：≥60L；
4.钩桶转速：216/108/18；
5.具备螺旋式搅拌；
6.微电脑轻触式控制面板；
7.安全罩一次防护；
8.设有正、反转、快、慢速，可随意转换；</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：包子机

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">包子机</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1350mm*720mm*1350mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢板，厚度≥2.0mm；
3.生产能力：2400～3600个/H；
4.蒸包重量：30～120克/个；
5.关键部件：配置馅斗、成型刀盘、输送带、控制面板。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：馒头机

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">馒头机</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1400mm*400mm*930mm(±10mm）；
2.主体材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm;
3.加工成型方式：输送-剪切-滚圆成型，成品为圆球形馒头;
4.馒头机规格：3、3.5、4、5、6、7、8、9、10个头/500克干面粉（面团中面、水比例推荐1：0.4～0.45）；
5.产量：≥390kg/h。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：电饼铛

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">电饼铛</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：700mm*700mm*800mm(±10mm）；
2.烤盘内径：530mm 配置温度控制开关。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：食品添加剂柜

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">食品添加剂柜</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：500mm*500mm*1000mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm;
3.结构：双层隔板分区收纳，带专用锁具;
4.配置：密闭式柜门，防尘防污染、柜体内部分层分格结构;</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：三星水池

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">三星水池</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1800mm*500mm*800mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.不锈钢台边内部采用卫生型封边；
4.星盆尺寸：500mm*500mm*250mm；
5.≥3个冷热水混合龙头；
6.≥3个角位去水连满水通及隔渣板；
7.星盆具备前裙板及侧裙板，裙板折边加固；
8.星盆下四面设横通,另一边空底无前通；
9.配置可调不锈钢子弹脚。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：电炸炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		采购商品名称：电炸炉 国产/进口：国产　数量：1 主要技术参数： 1.尺寸：1000mm*700mm*800mm(±10mm）； 2.全不锈钢机身结构，采用SUS304#厚度≥2.0mm工作台面，整体冲压成型； 3.配置温控器，温度调节60℃～190℃； 4.可调不锈钢脚，放置平稳； ▲5.所投产品依据GB/T4706.1-2024 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB/T4706.62-2024《家用和类似用途电器的安全 第62部分：商用电水浴保温器的特殊要求 》标准，输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施等检验合格；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） ▲6.所投产品符合GB/T 6461-2002,GB/T 10125-2021标准；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，及防腐蚀性能认证证书佐证） ▲7.所有产品与食品接触部件符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准要求并出具《符合性声明》；具有食品接触产品安全认证证书（提供对应证书，同时附国家权威部门官网显示有效期内的查询截图及网址）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁矮汤炉

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">电磁矮汤炉</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1400*700*550+650mm(±10）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.5mm；
3.电磁感应加热，热效率≥90%；
4.微电脑温控系统，具有无锅检测功能；
5.具备超温、自动故障检测，电压过高过低及缺相保护等功能；
6.火力电子显示，可调节大小；
7.多档火力调节，恒功率输出，循环散热结构；
8.具备双重金属壳屏蔽，防电磁辐射；
9.标配2个φ450x450HMMS/S厚底煲、耐高温硅胶保护垫；</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：推入式蒸箱

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">推入式蒸箱</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>4</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		主要技术参数	1.层数：≥20层 2.外观设计：烤箱控制面板为特质铝制面框； 3.材质工艺：外壳为 304 不锈钢板制作，内胆为 316 医用级不锈钢亮光板制作； 4.屏幕规格：≥7 寸高清彩色 TFT 电容触摸屏，安卓系统，触摸灵敏度优化； 5.烹饪模式：具备蒸、蒸烤两种烹饪模式，加热温度最高可达 250℃； 6.操作界面：中文操作界面，支持 USB 接口； 7.定制：可个性化定制开机和待机界面； 8.菜单管理：可保存无限菜单，显示烹饪温度、湿度等参数； 9.烹饪步骤：支持无限个烹饪步骤设置； 10.风速调节：具备 ≥10 档风速调节，涡流风扇正反转； 11.分层烹饪：具备分层模式，可同时烹饪多种不同菜品； 12.附加功能：具备预约、快速降温等功能； 13.多语言支持：支持中文、英语等多个国家语言； 14.排气功能：具备快速排气功能； 15.控温系统：升级控温算法； 16.清洗功能：具备全自动清洗功能； 17.物联功能：支持网口和 WIFI 双物联模式； 18.能耗管理：具备能耗统计功能。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：三层电烤箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标		
1		采购商品名称	三层电烤箱	
		国产/进口	国产	数量 3
		主要技术参数	1.尺寸：1220mm*850mm*1555mm(±10mm）； 2.烤盘尺寸：400mmx600mm； 3.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.5mm； 4.门板：双层钢化玻璃，磨砂拉手； 5.采用微电脑数字控制系统，温度精准±1℃； 6.配置加厚保温层； 7.烤箱内部采用食品级镀铝板材；	
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。				

标的名称：双通荷台1

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">双通荷台1</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1800mm*600mm*800mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.5mm；
3.不锈钢柜边内部采用卫生型封边；
4.配置活动中层板；
5.层板：不锈钢码槽加固；
6.配置不锈钢可调子弹脚。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：双通荷台2

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">双通荷台2</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>2</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1800mm*800mm*800mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.5mm；
3.不锈钢柜边内部采用卫生型封边；
4.配置活动中层板；
5.层板：不锈钢码槽加固；
6.配置不锈钢可调子弹脚。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：冷藏面案操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">冷藏面案操作台</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1800mm*800mm*800mm(±10mm）；
2.温度范围：+1℃～+4℃;
3.制冷方式：风冷;
4.2个带锁自动回归掩门;
5.可放置1/1GN盆,GN盆和搁物架可以自由交换;
6.浸塑层架数量：2层共4个;
7.外箱材料：SUS304不锈钢;
8.内箱材料：SUS304不锈钢;
9.≥150mm高可调子弹脚;
10.温控类型：电子温控;</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：UV一体烟罩

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">UV一体烟罩</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>5</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：2000mm*1300mm*900mm(±10mm）；
2.材质：采用食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm;
3.搭配使用五级净化;
4.数字智能显示，设备安装LED防爆照明灯，耐高温;
5.装机容量≤2.4KW。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：UV一体烟罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">UV一体烟罩</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：2500mm*1300mm*900mm(±10mm）；
2.材质：采用食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.搭配使用五级净化；
4.数字智能显示，设备安装LED防爆照明灯，耐高温；
5.装机容量≤2.4KW。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：装饰板

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">装饰板</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>25.5</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：12600mm*1700mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.不锈钢封板折边于刨槽墙身。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：集烟箱

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">集烟箱</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>24</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：10000mm*600mm*600mm(±10mm）；
2.材质：201不锈钢，厚度≥1.0mm。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：单孔残食台

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">单孔残食台</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>2</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：800mm*700mm*800mm+150mm(±10mm）；
2.材质：台面采用食品级304不锈钢板，厚度≥1.5mm，侧板、背板采用食品级304不锈钢板，厚度≥1.2mm；
3.≥150mm高挡水背；
4.台面用不锈钢码槽加固中间开孔200mm～300mm；
5.不锈钢台边内部采用卫生型封边；
6.总层数：两层；
7.层板：不锈钢码槽加固；
8.配置不锈钢可调子弹脚。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：单通荷台

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">单通荷台</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1200mm*700mm*800mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.5mm；
3.不锈钢柜边内部采用卫生型封边；
4.配置活动中层板；
5.层板：不锈钢码槽加固；
6.配置不锈钢可调子弹脚。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：自助餐台

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		采购商品名称：自助餐台 国产/进口：国产　数量：10 主要技术参数：1.台面采用白色石英石，厚度≥15mm； 2.框架采用E1级进口实木多层板，厚度≥15mm。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：筷子消毒机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采购商品名称：筷子消毒机 国产/进口：国产　数量：2 主要技术参数：1.臭氧≥20mg/m2，紫外线强度≥54.13u W/cm2； 2.消毒效果：≥1星级； 3.产品功能：至少由臭氧紫外线灯管、时间控制器、红外线加热管为主要元件组成，以臭氧、紫外线为主要杀菌因子。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：粥煲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采购商品名称：粥煲 国产/进口：国产　数量：2 主要技术参数：1.材质：304不锈钢，厚度≥1.0mm，内胆+PP外壳； 2.容量：≥13L。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：汤煲

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">汤煲</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>2</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.材质：304不锈钢，厚度≥1.0mm，内胆+PP外壳；
2.容量：≥13L。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：布菲炉

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">布菲炉</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>10</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.免注水恒温系统；
2.开合测试达≥80000次；
3.快速发热，不需要提前预热；
4.LED数字显示屏；
5.不锈钢食品级玻璃盖，304份数盆；
6.配置液压阻尼缓冲器，全程静音，加热过程阻尼衰减少。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：煮面桶

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">煮面桶</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>2</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：650mm*650mm*1030mm(±10mm）；
2.温控：30～110℃可调；
3.加热：不锈钢发热管，水包管加热，30分钟沸腾。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">双层工作台</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：700mm*700mm*800mm(±10mm）；
2.材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3.台面：不锈钢码槽加固；
4.不锈钢柜边内部采用卫生型封边；
5.总层数：两层；
6.层板：不锈钢码槽加固；
7.配置不锈钢可调子弹脚。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：更衣柜

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">更衣柜</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>4</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：850mm*420mm*1800mm(±10mm）；
2.采用高强度304食品级不锈钢板材；
3.面板采用不锈钢板，厚度≥1.2mm；
4.加强筋采用不锈钢板，厚度≥1.0mm。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

标的名称：四人餐桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>采购商品名称</td><td colspan="3">四人餐桌椅</td></tr>
<tr><td>国产/进口</td><td>国产</td><td>数量</td><td>20</td></tr>
<tr><td>主要技术参数</td><td colspan="3">1.尺寸：1400mm*700mm*800mm(±10mm）；
2.桌面材质：亮面岩板；
3.桌面厚度：≥12mm；
4.桌腿材质：黑色哑光金属；
5.餐椅材质：实木框架 + 优质科技布/PU皮软包（靠背菱格绗缝工艺）；
6.餐椅尺寸：座宽46cm×座深45cm×总高88cm×座高46cm；
▲7.具有符合依据QB/T1951.2-2024，QB/T3826-1999，QB/T 3827-1999，QB/T3828-1999，QB/T3832-1999，GB/T10125-2021，GB/T30648.1-2014，GB/T1766-2008企业技术指标及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》检测标准，餐桌钢管表面理化性能硬度检测结果为5h，附着力≥2级；中性盐雾实验连续喷雾301 h及乙酸盐雾试验连续喷雾301h后镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级；耐液体性301h（耐0 .9%氯化钠溶液）检测要求附着力0级，起泡0级，剥落0级，粉化0级。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成， 其中由评审专家库产生的评审专家4人， 由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除:

采购包1:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除:

采购包1:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。

3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		**评审标准**			
分值构成		技术部分65.00分 商务部分5.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	**评审内容**	**具体标准和要求**	**分值**	**客观/主观**	**关联投标（响应）文件格式文件**
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

	重要技术参数	根据投标人所投产品对第三章采购需求“技术标准与要求”中带“▲”的重要技术条款（共37条）的响应情况进行评审：带“▲”号的重要技术条款每有一条满足得0.7，最高得25.9分。参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审。技术参数未要求提供佐证材料的以技术偏离表进行评审。佐证材料应能反映该项技术参数，投标人应在《技术偏离表》中注明佐证材料所在页码和具体位置，将佐证材料上传至其他材料。	25.9000	客观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

	一般技术参数	根据投标人所投产品对第三章采购需求“技术标准与要求”中不带“▲”和“★”号的一般技术条款（共582条，一般技术条款每有一条满足得0.05分，最高得29.1分。参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分；技术偏离表与佐证材料不一致的，以佐证材料为准进行评审。技术参数未要求提供佐证材料的，以技术偏离表进行评审。佐证材料应能对应并真实反映该项技术参数，投标人应在《技术偏离表》中注明佐证材料所在页码和具体位置，佐证材料统一上传至投标文件其他材料模块。	29.1000	客观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

					和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	供货方案	根据投标人针对本项目提供的项目供货方案进行评审：①供货进度安排计划、保障措施；②设备运输、安装部署方案；③应急措施包括：承担事故责任的能力、应急防范措施；针对以上3项内容进行评审，每项1分，最高得3分，每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，每项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容存在逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	3.0000	主观	
技术评审					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

	质量保证措施	根据投标人针对本项目提供的质量保证措施进行评审：①产品质量保障方案；②运输过程质量保证措施；针对以上2项内容进行评审，每项1分，最高得2分。每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，每项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容存在逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	2.0000	主观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

					的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	施工方案	根据投标人针对本项目提供的施工方案进行评审：①项目实施方案；②施工安排（计划）表、工期进度安排及保证措施；针对以上2项内容进行评审，每项1分，最高得2分。每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，每项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容存在逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	2.0000	主观	
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

					的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	售后服务方案	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评审：①详细的售后服务内容及服务承诺；②质量保证及保障措施；③备件供应、优惠条件及质保期满后的维修方案；针对以上3项内容进行评审，每项1分，最高得3分。每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，每项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容存在逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	3.0000	主观	
					封面 目录 具备履行合同所必需

					设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	业绩	根据投标人2023年10月1日至今完成的同类项目业绩进行评审，每提供一个有效合同得0.6分，本项最高得3分。注：同类项目业绩指与本项目采购内容相同或相近的项目业绩；业绩认定时间以合同签订日期为准；须提供合同关键页（包含但不限于合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方盖章页），资料不全或不符合要求的不予计分。	3.0000	客观	
商务评审					封面 目录

	环境标志或节能产品	投标人提供的产品属于“政府采购环境标志产品品目清单”或”政府采购节能产品品目清单“中实施政府优先采购的，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或节能产品认证证书的原件扫描件，每有一个得0.4 分，本项最多得 2 分。同一产品同时具备两项证书的，两项得分分别计算、可累加计分。	2.0000	客观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表

异常低价审查:

采购包1:

序号	评审点要求概况	异常低价的情形

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门和有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____项目（填写项目名称）_____ （填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____ 的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

1、货物清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、服务清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（工程类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____填写政府采购项目编号）的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的基本情况

（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注：如工程建设分阶段，应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

（一）乙方建设工程应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；2.符合甲方磋商（谈判）文件对工程的质量要求；3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

（一）甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：

_____

注：根据项目具体情况填写。

（二）如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

六、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1.工程清单（双方应盖章确认）

2.乙方出具的报价单（函）

3.成交结果公告及成交通知书

4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表: 2. 采购代理机构代表: 3. 第三方专业机构代表及专家: 4. 其他供应商代表:
验收评价及结论	评价: 结论：□通过 □不通过，具体说明:
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注:采购人委托代理机构验收时适用）	□同意验收结论。 □不同意验收结论。具体说明: 年 月 日
备注	

采购人代表签字:

年 月 日

供应商代表签字:

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论：□通过 □不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	□同意验收结论。 □不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论：□通过 □不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	□同意验收结论。 □不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表