

# 兴安盟人民医院飞利浦CT、核磁保修服务采购项目中标（成交）明细

北京中天国宏招标代理有限公司受兴安盟人民医院委托，采用竞争性磋商进行采购飞利浦CT、核磁保修服务采购项目（项目编号：152203-ZTGH-CS-20260001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（飞利浦CT、核磁保修服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：河南华夏大德医疗科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：980,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C04019900 其他医院服务	飞利浦CT、核磁保修服务	提供所配原厂工作站全保服务，包含全部人工及零配件费用。▲核磁：提供全保服务，包括全部人工及所有故障零配件更换费用（含磁体、线圈、水冷机、空调等）。零配件不涵盖高压注射器、激光相机、外置打印机、视频外设等第三方附属设备。▲CT：提供全保服务，包括全部人工及除球管外的零配件更换费用，不涵盖空调、高压注射器、激光相机、外置打印机、视频外设等第三方附属设备。	▲预防性保养：1、核磁：每台≥4次/年；CT：每台≥4次/年（提供承诺函，格式自拟）。预防性保养：2、保养服务内容包含安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查，并提供定期维护保养报告及保养清单。保修期内免费提供设备及工作站的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持。开机率：1、核磁：每台开机率≥95%，停机不超过12个工作日。若设备未达到以上开机率保证，停机每超出1日，维修服务合同期限自动延长2日（提供承诺函，格式自拟）。开机率：2、CT：每台开机率≥95%，停机不超过12个工作日。若设备未达到以上开机率保证，停机每超出1日，维修服务合同期限自动延长2日（提供承诺函，格式自拟）。▲所更换的备件为标准的设备对应的同一生产厂家和同一型号规格的全新配件或原厂认证同等质量配件，并提供配件的相关材料，包括但不限于产品报单、可追溯的序列代码，提供部分配件信息作为证明材料。中标后如在履约过程中更换不符合上述要求的零备件，招标方有权立即终止双方合同（提供承诺函，格式自拟）。▲维修检测工具：1、提供设备维修的常规工具清单，包括但不限于万用表、扭矩扳手、水平尺，并提供工具的校准证书。▲维修检测工具：2、具备CT射线计量仪、图像质量检测体模，提供购买时间，型号。▲维修检测工具：3、具备MR匀场照相机、射频屏蔽测试仪、氦气检漏仪工具、磁体监视仪器、并提供购买时间，型号，校准记录。▲最终服务商每类设备现场服务工程师≥3名，具备对应设备维修资质。报修方式及响应时间：提供7×24小时800或400免费维修服务热线，技术专家提供远程在线技术咨询和维修诊断，接到故障报修电话后1小时内响应（提供承诺函，格式自拟）。每次维修后提供维修报告，至少包含故障现象、解决方案、配件更换记录等内容。	1年	符合现行国家及行业有关质量验收规范和标准的要求，满足采购人需求。	980,000.00	1.00	年	980,000.00

