

2026年设备、物资、耗材、冷冻冷藏库等

公开招标文件

采购单位名称：阿鲁科尔沁旗农牧局

采购代理机构名称：内蒙古鸿溥工程项目管理有限公司

项目编号：CFZCAQS-G-H-260016

2026年04月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古鸿溥工程项目管理有限公司 受 阿鲁科尔沁旗农牧局 委托，采用公开招标方式组织采购 2026年设备、物资、耗材、冷冻冷藏库等。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 2026年设备、物资、耗材、冷冻冷藏库等
- 项目编号： CFZCAQS-G-H-260016
- 采购计划备案号： 赤政采计划[2026]阿旗00458
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 合同包一
- 采购包预算金额（元）： 2,700,000.00
- 采购包最高限价（元）： 2,700,000.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	96孔V型有机玻璃血凝板	12.00	6,000.00	个	工业	否	否	否	否
2	掌上离心机（带八连管架）	20.00	6,000.00	个	工业	否	否	否	否
3	PC亚克力量杯、（量杯，带刻度塑料量桶，带手柄）	5.00	500.00	套	工业	否	否	否	是
4	移液枪吸头	800.00	60,800.00	包	工业	否	否	否	否
5	移液枪吸头	400.00	30,400.00	包	工业	否	否	否	否
6	移液枪吸头	200.00	17,200.00	包	工业	否	否	否	否
7	移液枪吸头	300.00	28,800.00	包	工业	否	否	否	否
8	电子温湿度计	20.00	800.00	个	工业	否	否	否	否
9	一次性粪便收集采样杯无菌冷冻管螺口	500.00	10,000.00	包	工业	否	否	否	否
10	塑料离心管盒（塑料冻存盒）	500.00	5,000.00	盒	工业	否	否	否	是

11	塑料离心管盒（塑料冻存盒）	500.00	5,000.00	盒	工业	否	否	否	是
12	兽用电子体温计	50.00	450.00	个	工业	否	否	否	否
13	记号笔（黑色勾线笔）	100.00	400.00	盒	工业	否	否	否	否
14	盒装滤芯枪头	1,000.00	12,000.00	盒	工业	否	否	否	否
15	盒装滤芯枪头	1,000.00	16,000.00	盒	工业	否	否	否	否
16	盒装滤芯枪头	2,000.00	46,000.00	盒	工业	否	否	否	否
17	盒装滤芯枪头	2,000.00	40,000.00	盒	工业	否	否	否	否
18	移液枪	5.00	10,500.00	个	工业	否	否	否	否
19	移液枪	5.00	10,500.00	个	工业	否	否	否	否
20	移液枪	5.00	10,500.00	个	工业	否	否	否	否
21	移液枪	5.00	10,500.00	个	工业	否	否	否	否
22	移液枪	2.00	15,600.00	个	工业	否	否	否	否
23	移液枪	2.00	15,600.00	个	工业	否	否	否	否
24	移液枪	5.00	39,000.00	个	工业	否	否	否	否
25	96孔PCR八连管架	100.00	2,000.00	件	工业	否	否	否	否
26	液槽	1.00	5,000.00	个	工业	否	否	否	否
27	迷你混匀仪	5.00	2,400.00	个	工业	否	否	否	否
28	一次性96孔U型底深孔板（2 ML）	1,000.00	30,000.00	袋	工业	否	否	否	否
29	96孔核酸PCR反应板	200.00	9,200.00	盒	工业	否	否	否	否
30	97孔核酸PCR反应板盖（可拆卸）	200.00	12,000.00	盒	工业	否	否	否	否

31	八连管 （管+盖）	50.0 0	3,250.0 0	包	工业	否	否	否	否
32	全自动荧光PCR一体机	2.00	640,00 0.00	台	工业	是	否	否	否
33	全自动化学发光免疫分析仪	1.00	320,00 0.00	台	工业	否	否	否	否
34	全自动样品处理系统	1.00	69,000. 00	台	工业	否	否	否	否
35	便携式核酸qPCR检测平台	10.0 0	371,00 0.00	台	工业	否	否	否	否
36	离心机	10.0 0	24,000. 00	台	工业	否	否	否	否
37	迷你便捷式研磨仪	2.00	10,000. 00	台	工业	否	否	否	否
38	高温高压灭菌器	1.00	7,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
39	安全柜	1.00	9,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
40	全自动生化分析仪	1.00	9,500.0 0	台	工业	否	否	否	否
41	加湿器	1.00	500.00	个	工业	否	否	否	否
42	组合型超纯水机	2.00	70,000. 00	台	工业	否	否	否	否
43	一次性医用无纺布帽子	50,0 00.0 0	4,000.0 0	只	工业	否	否	否	否
44	一次性医用外科口罩	20,0 00.0 0	4,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
45	一次性活性碳口罩	10,0 00.0 0	5,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
46	白大褂	30.0 0	1,800.0 0	件	工业	否	否	否	否
47	一次性采血贮血器（盛血器）	150. 00	12,000. 00	盒	工业	否	否	否	否
48	一次性采血贮血器（盛血器）	500. 00	40,000. 00	盒	工业	否	否	否	否

49	一次性使用静脉采血针	200.00	4,000.00	袋	工业	否	否	否	否
50	喷漆	70.00	7,000.00	件	工业	否	否	否	否
51	喷漆	30.00	3,000.00	件	工业	否	否	否	否
52	肝素钠抗凝管	1.00	150.00	盒	工业	否	否	否	否
53	柠檬酸钠抗凝管	2.00	300.00	盒	工业	否	否	否	否
54	真空采血管	50.00	5,000.00	盒	工业	否	否	否	否
55	牛羊OP夜食道探杯	10.00	1,850.00	个	工业	否	否	否	否
56	牛羊OP夜食道探杯	10.00	1,750.00	个	工业	否	否	否	否
57	塑料尼龙针头	500.00	45,000.00	盒	工业	否	否	否	是
58	金属针头	100.00	20,000.00	盒	工业	否	否	否	否
59	兽用记号蜡笔	100.00	300.00	个	工业	否	否	否	否
60	兽用记号蜡笔	100.00	300.00	个	工业	否	否	否	否
61	75%酒精湿巾大包	100.00	1,500.00	箱	工业	否	否	否	否
62	一次性防护鞋套	1,000.00	10,000.00	双	工业	否	否	否	否
63	一次性防护鞋套	10,000.00	15,000.00	双	工业	否	否	否	否
64	一次性防护鞋套	3,000.00	2,400.00	双	工业	否	否	否	否
65	一次性连体防护服	2,000.00	36,000.00	件	工业	否	否	否	否
66	84消毒液	100.00	150.00	瓶	工业	否	否	否	否
67	三氯异氰尿酸泡腾消毒片II型	100.00	1,000.00	瓶	工业	否	否	否	否

68	防过敏一次性医用手套	5,00 0.00	15,000. 00	双	工业	否	否	否	否
69	医用薄膜手套	30,0 00.0 0	3,000.0 0	双	工业	否	否	否	否
70	线手套	5,00 0.00	10,000. 00	双	工业	否	否	否	否
71	连盖离心管	30,0 00.0 0	12,000. 00	只	工业	否	否	否	否
72	连盖离心管	1,00 0.00	100.00	只	工业	否	否	否	否
73	连盖离心管	1,00 0.00	150.00	只	工业	否	否	否	否
74	连盖离心管	1,00 0.00	150.00	只	工业	否	否	否	否
75	一次性手术衣	100. 00	800.00	件	工业	否	否	否	否
76	劳保服	60.0 0	18,000. 00	套	工业	否	否	否	否
77	劳保鞋	100. 00	20,000. 00	双	工业	否	否	否	否
78	车载式大功率消毒机	6.00	57,000. 00	台	工业	否	否	否	否
79	手电筒	20.0 0	2,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
80	载玻片	110. 00	2,200.0 0	盒	工业	否	否	否	否
81	应急灯	20.0 0	6,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
82	一次性塑料采血试管	30,0 00.0 0	3,000.0 0	支	工业	否	否	否	否
83	垃圾袋	20,0 00.0 0	2,400.0 0	个	工业	否	否	否	否
84	肾上腺素	38.0 0	64,600. 00	件	工业	否	否	否	否
85	地塞米松	100. 00	80,000. 00	件	工业	否	否	否	否

86	兽用采样箱	12.0 0	3,600.0 0	箱	工业	否	否	否	否
87	车用加热恒温箱	5.00	2,000.0 0	箱	工业	否	否	否	否
88	车用加热恒温箱	5.00	2,500.0 0	箱	工业	否	否	否	否
89	车用加热恒温箱	5.00	2,500.0 0	箱	工业	否	否	否	否
90	车载冰箱	5.00	6,000.0 0	箱	工业	否	否	否	否
91	车载冰箱	5.00	5,500.0 0	箱	工业	否	否	否	否
92	车载冰箱	10.0 0	10,000. 00	箱	工业	否	否	否	否
93	大容量消毒机	10.0 0	40,000. 00	台	工业	否	否	否	否
94	大容量消毒机	10.0 0	40,000. 00	台	工业	否	否	否	否
95	小型发动机	2.00	18,000. 00	台	工业	否	否	否	否
96	一键切换启动电源	2.00	2,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
97	汽车应急启动电源	2.00	1,600.0 0	台	工业	否	否	否	否
98	疫苗冷冻、冷藏库	66.6 7	30,000. 00	平方 米	工业	否	否	否	否
99	5P机	2.00	20,000. 00	台	工业	否	否	是	是
100	3P机	1.00	7,000.0 0	台	工业	否	否	是	是

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

1、特定资格要求：投标人所投标包产品须按《医疗器械分类目录》划分出具相应有效的《医疗器械经营许可证》或有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标人如是生产厂家还须具有有效的《医疗器械生产许可证》；

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古鸿溥工程项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区赤峰市红山区内蒙古自治区赤峰市红山区西屯街道昭乌达路北段赤峰商厦6楼606室

邮编： 204000

联系人： 郑磊

联系电话： 19147255125

采购单位名称： 阿鲁科尔沁旗农牧局

地址： 天山镇天元大街

邮编： 025500

联系人： 草都

联系电话： 0476-7233973

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照内工建协（2022）34号文件收取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名

21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 120 日历天
		<p>一、评审工作有关问题： 1、组织采购评审工作 （1）评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。（2）采购人、采购代理机构要确保评审活动在严格保密的情况下进行。在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。 2、履行采购评审职责 （1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。要熟悉和理解采购文件，认真阅读所有供应商的投标或响应文件，对所有投标或响应文件逐一进行资格性、符合性检查，按采购文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。（2）评审过程中，评审委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标或成交候选供应商，或者根据采购人委托协议规定直接确定中标或成交供应商，起草并签署评审报告。 3、严肃采购评审工作纪律 （1）评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。（2）评审委员会成员要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。（3）评审委员会成员和评审工作有关人员，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。（4）采购人、采购代理机构在评审完成前或评审完成后有权对评审数据进行校对、核对。评标结果汇总完成且评标报告签署前，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场</p>

26	其他	<p>修改评标结果，并在评标报告中记载；①分值汇总计算错误的；②分项评分超出评分标准范围的；③评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；④经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标结果汇总完成且评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。投标人对上述第①至④款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。</p> <p>4、评审中特殊情形的处理（1）评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。（2）参与政府采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的，按照下述“质疑相关”要求执行并处理。采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。</p> <p>四、质疑相关说明 1、质疑原则：供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。2、质疑受理时间、方式及要求：详见招标文件第二章 第七项“询问、质疑与投诉”的具体内容3、质疑处理：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，质疑答复导致中标、成交结果改变的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。（3）质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。4、其他：按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）执行。</p>
----	----	--

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页

面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内

容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指阿鲁科尔沁旗农牧局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古鸿博工程项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审

时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；

- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求
采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近三个月内的银行资信
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金证明资料

4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	到递交投标文件的截止时间前，供应商未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	投标人所投标包产品须按《医疗器械分类目录》划分出具相应有效的《医疗器械经营许可证》或有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标人如是生产厂家还须具有有效的《医疗器械生产许可证》；

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

2026年设备、物资、耗材、冷冻冷藏库等

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	合同签订后15个日历日内完成货物的供应
2	★	标的提供地点	采购人指定地点
3	★	合同履约期限	合同签订后15个日历日内完成货物的供应
4	★	合同履约地点	采购人指定地点
5	★	验收要求	符合国家及行业标准和采购人要求。 （1）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。 （2）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在3日内负责处理。如果乙方在响应文件中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。 （3）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。
6	★	合同支付方式	1、1、货物送达收采购人指定地点后， 采购人根据运送货物采购清单进行核验及 验收，验收合格凭《验收书》支付合同总金额的90%，达到付款条件起30日，支付合同总金额的90.00% 2、验收合格后一年内无质量问题，达到付款条件起30日，支付合同总金额的10.00%
7	★	履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8	★	其他	若供应商签合同时实际提供的货物不符合投标文件中响应的参数，采购人将与中标 供应商解除采购合同，同时中标供应商承担相应法律责任及经济后果。

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：96孔V型有机玻璃血凝板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、高透明度、无荧光背景的医用级有机玻璃（聚甲基丙烯酸甲酯，PMMA） 2、具备清晰、永久、无毒的数字（1-12）与英文（A-H）行列标识。 3、孔壁光滑，无毛刺，液体悬挂性能良好。 4、10个/包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：掌上离心机（带八连管架）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、最大转速：9999rpm； 2、相对离心力：约500~5300g 3、样品处理量：6×2.0或6×1.5;6×0.5离心管(八连排X2) 4、定时范围：1s-9999s 5、功率：≥30W 6、输入电源：AC220V50/60hz 7、工作噪声:≤55dB 8、熔断器：250V1A 9、净重：≤1.5kg
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：PC亚克力量杯、（量杯，带刻度塑料量桶，带手柄）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、带倾倒口、手柄及平底。 2、加厚PC材质、壁厚、圆润、V型导流设计、防滑底部设计。 3、通透杯体每个刻度的 要2只多种规格 （200ML500ML1000ML2000ML3000ML5000ML）、两种刻度设计。 4、独立PE袋或泡罩包装，防尘防刮。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移液枪吸头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、200ul 滤芯吸头，长度≥45mm 2、无酶灭菌，无色透明； 3、规格：1000支/包；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移液枪吸头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、1000ul 滤芯吸头，长度≥45mm 2、无酶灭菌，无色透明； 3、规格：1000支/包；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移液枪吸头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、10ul 滤芯吸头，长度≥45mm 2、无酶灭菌，无色透明； 3、规格：1000支/包；

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：移液枪吸头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、300ul 滤芯吸头，长度≥45mm 2、无酶灭菌，无色透明； 3、规格：1000支/包；

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电子温湿度计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、测量范围 温度:-20℃~70℃(内置);-40℃~80℃(外置) 2、湿度:5%RH~95%RH 3、采用数 字式集成传感器，响应迅速，稳定性高，抗干扰能力强。 4、内置电池供电

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性粪便收集采样杯无菌冷冻管螺口

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、杯体与螺口盖采用医用级聚丙烯（PP） 2、独立灭菌袋包装，外包装防潮、防压。 3、5支/包、5ML无菌独立带标签

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：塑料离心管盒（塑料冻存盒）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、主体采用医用级聚丙烯（PP）或聚碳酸酯（PC）； 2、一体成型，孔位精准、对位顺畅； 3、1.5ML：100孔塑料离心盒

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：塑料离心管盒（塑料冻存盒）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、主体采用医用级聚丙烯（PP）或聚碳酸酯（PC）； 2、一体成型，孔位精准、对位顺畅； 3、2ML：100孔塑料离心盒

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：兽用电子体温计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、大屏幕背光液晶显示，带防水机身、自动记忆、蜂鸣完成提示及高温报警功能。 2、接触部位材质无毒。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：记号笔（黑色勾线笔）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、黑色油性记号笔 2、双头（粗头跟细头）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：盒装滤芯枪头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适合各类移液器使用； 2、PP 材料，带滤芯；化学稳定性好、机械强度高，无 痕量金属金属残留，对细胞和组织样品不会产生有害 影响； 3、经标准净化处理，无微生物污染； 4、规格：10ul，96支/盒 5、有效期：≥12个月。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：盒装滤芯枪头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适合各类移液器使用； 2、PP 材料，带滤芯；化学稳定性好、机械强度高，无 痕量金属金属残留，对细胞和组织样品不会产生有害 影响； 3、经标准净化处理，无微生物污染； 4、规格：20ul，96支/盒 5、有效期：≥12个月。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：盒装滤芯枪头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适合各类移液器使用； 2、PP 材料，带滤芯；化学稳定性好、机械强度高，无 痕量金属金属残留，对细胞和组织样品不会产生有害 影响； 3、经标准净化处理，无微生物污染； 4、规格：200ul，96支/盒 5、有效期：≥12个月。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：盒装滤芯枪头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、适合各类移液器使用； 2、PP 材料，带滤芯；化学稳定性好、机械强度高，无 痕量金属金属残留，对细胞和组织样品不会产生有害 影响； 3、经标准净化处理，无微生物污染； 4、规格：1000ul，96支/盒 5、有效期：≥12个月。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移液枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、单道，量程：0.5ul-10ul； 2、带锁止按钮，精准设置移液体积； 3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； 4、下半支可徒手拆卸； 5、伸缩式弹性吸嘴； 6、质保期：≥12 个月。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移液枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、单道，量程：2ul-20ul； 2、带锁止按钮，精准设置移液体积； 3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； 4、下半支可徒手拆卸； 5、伸缩式弹性吸嘴； 6、质保期：≥12 个月。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移液枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、单道，量程：10ul-100ul； 2、带锁止按钮，精准设置移液体积； 3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； 4、下半支可徒手拆卸； 5、伸缩式弹性吸嘴； 6、质保期：≥12 个月。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移液枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、单道，量程：20ul-200ul； 2、带锁止按钮，精准设置移液体积； 3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； 4、下半支可徒手拆卸； 5、伸缩式弹性吸嘴； 6、质保期：≥12 个月。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移液枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、十二道，量程：0.5ul-10ul； 2、带锁止按钮，精准设置移液体积； 3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； 4、下半支可徒手拆卸； 5、伸缩式弹性吸嘴； 6、质保期：≥12 个月。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移液枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、十二道，量程：10ul-100ul； 2、带锁止按钮，精准设置移液体积； 3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； 4、下半支可徒手拆卸； 5、伸缩式弹性吸嘴； 6、质保期：≥12 个月。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移液枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、十二道，量程：30ul-300ul； 2、带锁止按钮，精准设置移液体积； 3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； 4、下半支可徒手拆卸； 5、伸缩式弹性吸嘴； 6、质保期：≥12 个月。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：96孔PCR八连管架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、主体采用医用级聚丙烯（PP），耐高温（121℃高压灭菌）、耐低温（-80℃冻存不变脆） 2、独立PE袋包装，防尘防刮 3、结构设计：底座厚重稳定，防滑脚垫设计 4、10个/件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：液槽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.无菌，独立包装； 2.V型设计； 3.5-10毫升；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：迷你混匀仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、运动模式：提供连续涡旋与点动/定时涡旋两种模式，转速可调。 2、转速范围：200-3000 rpm，最大样品处理量50ml 3、混匀效果：启动平稳，涡旋强劲均匀，适用于液体混合、细胞重悬、免疫检测等。 4、标配电源线、说明书，配多种试管固定套件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性96孔U型底深孔板（2ML）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、孔型与容量：96孔，U型底； 2、密封性：孔间密封性好，盖紧后倒置不漏液，长期储存（-80℃至常温）防蒸发。 3、板盖：配独立或连体凸起式密封盖，确保密封性，防止蒸发与交叉污染。 4、15个/袋
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：96孔核酸PCR反应板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、采用医用级光学级聚丙烯（PP），保证高透光率、低荧光背景，且无DNA/RNA酶、无热原、无PCR抑制剂； 2、板身有清晰字母数字矩阵标识（A-H， 1-12）； 3、密封性与耐受性：密封后能耐受qPCR热循环过程中的压力变化，防止液体蒸发、飞溅或形成冷凝水； 4、10片/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：97孔核酸PCR反应板盖（可拆卸）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、采用医用级光学级聚丙烯（PP），且无DNA/RNA酶、无热原、无PCR抑制剂 2、板身有清晰字母数字矩阵标识（A-H， 1-12） 3、盖体自带一体成型硅胶密封垫或可嵌入独立高品质硅胶垫，确保每个孔位独立密封。 4、10片/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：八连管（管+盖）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适用磨砂的八连管，0.1ml； 2.200只/包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动荧光PCR一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		★1、主要用途:与配套的检测试剂盒共同使用，用于定性或定量检测样本中的多重病原体核酸序列； 2、额定电压:AC 220-250V3、可控温度范围:40-95℃； 3、熔解加热速率:0.1-1℃/s； 4、控温精度:<0.5℃； 5、温度均匀性:<1℃； 6、信号接口:USB >1个； 7、打印接口:外接USB >1个； 8、模块温度波动度:<0.5℃； 9、检测通量:≥32； 10、检测模块:≥4个独立检测模块； ★11、核酸提取、纯化、扩增检测均在同一封闭、便携式仪器上完成;样本上机后至结果报告过程，无需任何手工操作； ★12、检测时间:从加样到出报告全流程:150min； ★13、样本类型:鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、脑脊液、血液、宫颈拭子、尿道拭子、以及粪便标本导； 14、荧光强度检测重复性:CV值<3%； ★15、安全性能:检测过程全密闭； 16、具有配套扫码窗识别试剂种类和编码； 17、荧光强度检测精密度:<5%； 18、可以在PC端导出实验结果。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动化学发光免疫分析仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.仪器用途：用于动物疫病抗原抗体含量全自动检测分析，包含自动加样、洗涤、孵育、测量、结果计算等功能。能检测猪瘟，非洲猪瘟，口蹄疫，蓝耳病，猪伪狂犬，布鲁氏杆菌，小反刍等动物疫病抗体，禽白血病P27抗原，牛病毒性腹泻P80抗原等动物疫病抗原。适用样本类型：血清、血浆、细胞培养液、尿液等。</p> <p>2.检测通量：≥120测试/小时；首样本测试运行时间≤12分钟；样本位可同时容纳≥30份样本。</p> <p>3.功能多样：支持批量、随机检测，可实现样品随到随检。</p> <p>4.支持AE化学发光检测体系；兼容不同参数和反应模式的免疫试剂与系列化仪器耗材。</p> <p>5.精密度：系统检测精密度≤3%。</p> <p>6.试剂组件：试剂盘可放置10种试剂盒；通电状态下可不间断冷藏（2-8℃）；磁珠试剂腔可自动旋转混匀；</p> <p>7.磁分离组件：具有磁分离3阶清洗功能。</p> <p>8.准确性：机械臂钢针加样，加样量10ul时变异系数≤1.5%，加样量200ul时变异系数不超过1%。</p> <p>9.携带污染率：≤5×10⁻⁶</p> <p>10.反应杯装载量：≥200个</p> <p>11.孵育孔位：≤60个</p> <p>12.支持人机一体化；具备自动稀释功能；外置条码扫描枪，支持多种条形码读码方式。</p> <p>13.软件系统：图形化操作界面，触控屏操作，支持LIS系统双向数据传送，具有存储标准曲线、存储校准曲线、质控管理、数据计算、数据显示、数据存储、数据打印功能。</p> <p>14.有配套数据分析处理小程序。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动样品处理系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<ul style="list-style-type: none"> 1.试剂板位： ≥4 2.分液原理： 气体活塞式 3.兼容样式： 常规96孔板 4.移液量： 5~200uL 5.移液精度（96孔板） 【<5uL】 CV<5%、【5~50uL】 CV<3%、【50~200uL】 CV<1%、【>200uL】 CV<1% 6.移液准确度（96孔板）： <5uL±12%、5~50uL±8%、50~200uL±2%、> 200uL±1.5% 7.体积增量： 0.1ul 8.具备开机自检功能 9.具备移液体积可设置功能 10.具备移液速度可调功能 11.具备实验项目可编程功能 12.采用多腔一体式双重密封腔体结构 13.安全性： 自动装卸 tip 头设计 14.控制系统： ≥8寸内嵌彩色显示屏，一体化触控大屏幕操作、图形化的操作界面 15.软件功能： 可以自动地进行梯度稀释、连续分液、变量分液等功能。具有程序储存、孔板记忆功能，最多可以存储 999 个程序，每个程序最多可以有 99 步操作。 16.具备实时监控故障提示功能 17.具备移液自动优化功能 18.系统语言： 默认集成中英文双语 19.操作： 两个独立的便捷开关，分别实现一键启动测试与紧急停止功能 20.升级方式： 支持 U 盘一键升级功能
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：便携式核酸qPCR检测平台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、全自动核酸提取仪</p> <p>1.1提取方式：磁珠法•样本通量：≥4样本/次，样本可单独进行提取</p> <p>1.2样本类型：血液、血清、拭子、组织匀浆等</p> <p>1.3样本体积：30-1000μL</p> <p>1.4提取时 间：≤18min</p> <p>1.5操作界面：无需设定参数，一 键开始运行</p> <p>1.6自动化程度：具备裂解、洗涤、洗脱全流 程</p> <p>2、荧光定量 PCR 扩增仪</p> <p>2.1孔数：≥8孔（便携式）</p> <p>2.2检测通道：≥4 通道</p> <p>2.3温控范围：4-100 °C</p> <p>2.4升温/降温速率：≥3 °C/s</p> <p>2.5温控精度：±0.2 °C</p> <p>2.6光源：高亮 LED</p> <p>2.7检测灵敏度：单拷贝级别</p> <p>2.8数据分析：具备实时荧光监测、定量分析、熔解曲线分析</p> <p>3、数显掌上离心机</p> <p>3.1转 速范围：≥9999 rpm</p> <p>3.2最大离心力：≥530 0×g</p> <p>3.3转子容量：1.5/2.0 mL × 6, PCR 8 联管 × 2</p> <p>3.4定时功能：1-9999s</p> <p>3.5显示方式：液晶数显</p> <p>4、可调式 微量移液器</p> <p>4.1配置：3 支（0.5-10 μL、2 0-200 μL、100-1000 μL）</p> <p>4.2可高温消毒</p> <p>5、便携化：全套设备及耗材装入专用便携箱，有万向轮，可拉动，便于运输和应急检测。</p>
---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：离心机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、采用微机控制，数码显示，采用免维护无刷电机、超低噪音。 2、设有手动安全门锁。 3、可设置转速，RCF切换离心力，运行中参数可修改，达到满意的离心效果。 4、体积小巧，使用方便，适用于生物化学实验室、医院临床检验等。 5、转速≥4000转； 6、转速控制精度（rpm）≤±20r/min 7、最大离心力 ≥2100×g 8、最大容量（ml）8×15ml 9、定时范围0-99min 10、其他：工作噪音（dB）≤55 11、角转子12x5ml/2ml
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：迷你便捷式研磨仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.适配器处理样本量：3*2ml、4*2ml、2*5ml、 2.电机转数：4100转/分钟、转数偏差：±10转/分钟 3.显示方式：液晶显示屏 4.运动方式：三维8字形运动轨迹 5.研磨方式：湿磨、干磨 6.安全保护：双锁扣；接触保护开关 7.电压：220V转24V DC 8.可携带：可配24V移动电源（充电宝）工作 9.工作时间：0秒-9999秒 10.研磨球直径：0.1-6mm 11.研磨球材料：医用级不锈钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂 12.加速：在1秒内达到最大速度 13.减速：在1秒内达到最低速度 14.噪音等级：<50dB（空载） 16.外形尺寸：≥200*160*165mm 16.重量：≥3.0KG
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高温高压灭菌器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、容积:≥35L 2、电源:AC 220V 50Hz 3、设计压力:≥0.25MPa 4、设计温度:≥139℃ 5、额定工作压力:≥0.22MPa 6、额定工作温度:≥134℃ 7、灭菌时间选择范围:4~120min 8、灭菌温度选择范围:116~134℃ 9、灭菌室有效容积 mm:≥ Φ450*300 10、内筒尺寸 mm:≥ Φ395*275 11、SUS304 不锈钢材料，设计使用年限≥8年
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安全柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.分类：B2 型，100%外排 2.外部尺寸：（L×D×H）： ≥1500mm×750mm×2250mm 3.风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s，平均吸入风 速 0.53±0.025m/s 4.排风总量： ≥1250m³/h 5.过滤效率：送风和排风采用硼硅酸盐玻璃纤维材质，HEPA（ULPA）高效过滤器，对 0.12μm 颗粒过滤效率≥99.9995% 6.使用人数：1-2 人 7.工作台面：材质采用 304 不锈钢
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动生化分析仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.检测方法：比色法、透射比浊法 2.分析方法：终点法、速率法 3.样品类型：支持血清、血浆、全血 4.反应温度37±0.3 5.检测波长：340、405、450、505、546、600、660、750nm 6.配套试剂：单人份独立封装，有孔间防污染阀门设计 7.试剂项目：常规套餐项目≥23项。 8.试剂稀释液：内置，自动释放 9.屏幕：8寸电容触摸屏 10.接口：网口，2个USB接口，支持外接鼠标键盘 11.操作系统：Windows 12.操作软件：支持在线升级 13.打印：内置打印机，支持网络打印。 14.存储：≥64G 15.打码：支持外接扫码，自动识别套餐信息 16.Lis：支持Lis
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：加湿器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.加湿量：≥2kg/小时 2..功率：≥100W 3.适用面积：10-50m ² 4.水箱容量：≥30升 5.加湿方式：高效湿帘无雾加湿温度范围1-40℃ 6.显示方式：微电脑RH-20-80%随机显示 7.控制方式：湿度1%任意调节 8.进水方式：手动+自动 9.造型设计：向前排风设计 10.移动方式：底部万向轮，可锁住固定 12.有漏水保护功能
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组合型超纯水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.进水水源：城市自来水,水温1—45℃,水压0.1-0.5Mpa, TDS<300ppm; 2.制水速度:纯水20L/H, 超纯水20L/H;取水速度1.5-2L/min; 3.设备脱盐率≥99.6%; 4.出水水质(同时产出2种水质): (1)RO纯水电导率<1μs/cm@25℃, 设备脱盐率>99%; (2)UP超纯水电阻率>18.25M2.cm@25℃; 可溶性硅[以(SiO2)计]<0.01mg/L; 总有机碳量TOC≤10ppb; 5.前置纯水系统采用双级反渗透双膜双泵工艺, 配备反渗透压力监测表, 可通过压力判断反渗透膜污堵程度; 6.系统配置40升PE中间纯水箱, 后置超纯水主机进水电导率具有监测功能; 7.系统具备RO纯水电导率、UP超纯水电阻率、总有机碳量(TOC)在线检测显示功能; 8.超纯水系统采用≥4.3寸全触摸彩色液晶屏全自动操作系统, 可中英切换; 9.系统具备开机自检、缺水保护报警, 停电自动复位、自动/手动冲洗、耗材失效报警、历史取水数据查询、时钟设置、定时开关机、三级PIN密码保护、定时(1-9999秒)定量(1-9999ml)取水功能, 水质在线监测等功能; 10.系统具备超纯水取水不达标循环功能
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性医用无纺布帽子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、采用非织造布无纺布材质, 10个/袋;
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性医用外科口罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、符合YY 0469-2011《医用外科口罩技术要求》标准。 2、医用级防护过滤口罩细菌过滤≥95%; 3、尺寸: 17.5cm*9.5cm ; 4、三层防护: 一层加软无纺布, 二层医用熔喷布; 5、10支/包
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性活性炭口罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.N95级别, 对非油性颗粒物的过滤效率≥96.8%, 能有效防护致病微生物颗粒, 如病毒、细菌、炭疽杆菌、结核杆菌等。 2.独立包装, 适用于广泛面型尺寸, 不含任何天然橡胶成分; 可折叠, 可调节鼻夹。 3.符合 GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》 4.包装: ≥50只/盒
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：白大褂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、织物应抗皱、耐洗、色牢度高（≥3-4级）不起球，提供良好的透气性与挺括感。 2、经典前开襟长款，配暗扣或纽扣。 3、采用三线包缝工艺，肩部、腋下、口袋等关键受力部位需加固。 4、尺码齐全，覆盖S-5XL，符合国家通用服装号型。 5、独立塑料袋包装，整洁防尘
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性采血贮血器（盛血器）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		5ml(9号) 100支/盒
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性采血贮血器（盛血器）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		5ml(12号) 100支/盒 （有效期最长）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用静脉采血针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、不含抗凝剂， 2、5ML,玻璃材质真空采血管。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：喷漆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		(500ml)12瓶/盒 深蓝
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：喷漆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		(500ml)12瓶/盒 深绿
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肝素钠抗凝管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.含肝素钠抗凝采血管； 2.5ml,玻璃材质 100支/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：柠檬酸钠抗凝管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、含EDTA抗凝采血管； 2、5ml,塑料材质 100支/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：真空采血管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.医用无菌、无热源、真空设计 2.材质：聚丙烯； 3.100 支/板，规格5毫升 4.最大真空度误差±10% 5.100支/包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牛羊OP夜食道探杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、纯铜制作 防腐耐磨； 2、圆滑不易损失； 3、总长≥920mm，探杯长≥38mm，探杯直径≥280mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：牛羊OP夜食道探杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、纯铜制作 防腐耐磨； 2、圆滑不易损失； 3、总长≥740mm，探杯长≥27mm，探杯直径≥150mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料尼龙针头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		12*20 1000个/盒 材质：底座：优质塑料，针管：电镀铁质硬管。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：金属针头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		12*20 1000个/盒 不锈钢材质

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：兽用记号蜡笔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		蜡体无毒，颜色鲜明，防水耐蹭，高温不化，附专用套。 油性防水深蓝色

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：兽用记号蜡笔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		蜡体无毒，颜色鲜明，防水耐蹭，高温不化，附专用套。 油性防水深绿色

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：75%酒精湿巾大包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥18*26cm； 2、规格：20片/包； 3、产品有效期：≥24个月，货到日期起的剩余有效日期应不低于有效期期限的5/6。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性防护鞋套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品材质：质聚乙烯PE材料。 2.厚度≥0.13mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性防护鞋套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品材质：质聚乙烯PE材料。 2.厚度≥0.13mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性防护鞋套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品材质：质聚乙烯PE材料。 2.厚度≥0.13mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性连体防护服

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、面部、腰部、袖口和脚口均有弹性橡筋； 2、帽子为三片式、袖子和服装躯干采用拼接式的插袖结构、钻石型裤裆，以增加活动性及耐用度； 3、面料为纺粘聚丙烯无纺布贴覆多微孔聚乙烯膜； 4、接缝采用缝纫+胶条密封结构； 5、产品为密封压缩包装，1件/袋，40件/箱。 6、规格：按采购人需求提供
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：84消毒液

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、有效氯含量为 8.0%-10.0%（w/w）。 2、500ml/瓶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三氯异氰尿酸泡腾消毒片II型

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、100片/瓶 2、有效氯含量约500ML/L。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防过敏一次性医用手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.加厚聚乙烯材质。 2.100只/包。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用薄膜手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 乳胶为原料； 2. 与双手贴合；触感敏锐，操作灵活；纹理外表面设计，增大摩擦易抓握；内部光滑，易穿戴； 3.低度可析出蛋白质，减少乳胶蛋白过敏。 4.独立包装。50 双/盒。 5、规格：按采购人需求提供
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：线手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 加厚耐磨，采用优质线束，优质材料。 2. 偏大型号3.一包10双
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：连盖离心管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、经过RNA酶、DNA酶去污染处理，可直接用于RNA相关实验； 2、化学稳定性好、机械强度高、无痕量金属金属残留，对细胞和组织样品不会产生有害影响； 3、经标准净化处理，无污染； 4、1.5ml圆底拧盖； 5、规格：100个/包。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：连盖离心管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、经过RNA酶、DNA酶去污染处理，可直接用于RNA相关实验； 2、化学稳定性好、机械强度高、无痕量金属金属残留，对细胞和组织样品不会产生有害影响； 3、经标准净化处理，无污染； 4、5ml圆底拧盖； 5、规格：100个/包。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：连盖离心管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、经过RNA酶、DNA酶去污染处理，可直接用于RNA相关实验； 2、化学稳定性好、机械强度高、无痕量金属金属残留，对细胞和组织样品不会产生有害影响； 3、经标准净化处理，无污染； 4、10ml圆底拧盖； 5、规格：100个/包。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：连盖离心管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、经过RNA酶、DNA酶去污染处理，可直接用于RNA相关实验； 2、化学稳定性好、机械强度高、无痕量金属金属残留，对细胞和组织样品不会产生有害影响； 3、经标准净化处理，无污染； 4、15ml圆底拧盖； 5、规格：100个/包。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性手术衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、医用背开式隔离衣，倒褂； 2、单个独立包装，医用级别； 3、蓝色 4、弹性螺纹袖口，领口和腰间系带设计； 5、规格：按采购人需求提供
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：劳保服

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、款式：分体式（上衣+长裤）。上衣为夹克式，下摆、袖口可调节；裤装为直筒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：劳保鞋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.鞋面材质:塑胶+钢头 2.鞋底材质：牛筋底 3.筒高： ≥35cm 4.规格：按采购人需求提供
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：车载式大功率消毒机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、雾化方式：高压雾化。 2、容量：≥1000升 3、功能：抽水。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手电筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.远射+大泛光+超亮灯芯 2.充电式超长续航 3.灯泡及附件种类：LED 4.是否可充电：是 5.续航：30h
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：载玻片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、采用优质高透光率、无荧光背景的钠钙玻璃或硼硅酸盐玻璃； 2、每片独立纸袋包装或隔片分隔，再以密封塑料盒或防潮铝箔袋进行外包装。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：应急灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.型号：≥100W 2.续航：≥80h 3.材质：合金铝材+ABS 4.USB接口和DC输入口 5.高性能OSL灯珠
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性塑料采血试管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.医用无菌、无热源、真空设计 2.材质：聚丙烯； 3.100 支/板，规格5毫升 4.最大真空度误差±10% 5.100支/包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垃圾袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		加厚、手提式30L 60*70； 材质：塑料
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肾上腺素

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		5ml*10支/盒、100盒/件、5ml含量5mg肾上腺素
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：地塞米松

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		5ml*10支/盒、90盒/件、5ml含量5mg地塞米松
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：兽用采样箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		外形尺寸： ≥390×160×260mm 结构：铝合金骨架，带两只托盘。 标准配置：听诊器、体温表、放大镜、平皿、试管架、 采血器（针）、塑料吸管、采 样瓶、载玻片、染色缸、手术刀（4#、7#）、手术刀片、手术剪（直尖）、手术 剪 （弯尖）、组织镊、敷料镊、充电式手电筒、冰盒、 操作手套、标签
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：车用加热恒温箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、可控范围： +2℃ 至 +40℃（或更宽）， 可根据设定值自动加热。 2、控制精度： ±0.5℃ （在15-30℃环境温度下， 箱内温度均匀性±1.5℃）。 3、显示精度： 0.1℃。 4、内胆材质： 食品级/医用级HIPS或ABS材料。 5、容积： ≥20L
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：车用加热恒温箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、可控范围： +2℃ 至 +40℃（或更宽）， 可根据设定值自动加热。 2、控制精度： ±0.5℃ （在15-30℃环境温度下， 箱内温度均匀性±1.5℃）。 3、显示精度： 0.1℃。 4、内胆材质： 食品级/医用级HIPS或ABS材料。 5、容积： ≥25L
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：车用加热恒温箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、可控范围： +2℃ 至 +40℃（或更宽）， 可根据设定值自动加热。 2、控制精度： ±0.5℃ （在15-30℃环境温度下， 箱内温度均匀性±1.5℃）。 3、显示精度： 0.1℃。 4、内胆材质： 食品级/医用级HIPS或ABS材料。 5、容积： ≥28L
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：车载冰箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、箱体： 优质ABS工程塑料外壳， 内部为食品级HIPS材料。保温层为加厚聚氨酯发泡。 2、温度范围： 制冷最低温度可达-18℃至-20℃， 具备冷藏、冷冻及保温模式。 3、电源： 支持DC 12/24V车载点烟器及AC 220V家用电源双供电， 配备电源适配器。 4、类型： 压缩机制冷型 5、容积： ≥20L
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：车载冰箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、箱体：优质ABS工程塑料外壳，内部为食品级HIPS材料。保温层为加厚聚氨酯发泡。 2、温度范围：制冷最低温度可达-18℃至-20℃，具备冷藏、冷冻及保温模式。 3、电源：支持DC 12/24V车载点烟器及AC 220V家用电源双供电，配备电源适配器。 4、类型：压缩机制冷型 5、容积：≥40L
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：车载冰箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、箱体：优质ABS工程塑料外壳，内部为食品级HIPS材料。保温层为加厚聚氨酯发泡。 2、温度范围：制冷最低温度可达-18℃至-20℃，具备冷藏、冷冻及保温模式。 3、电源：支持DC 12/24V车载点烟器及AC 220V家用电源双供电，配备电源适配器。 4、类型：压缩机制冷型 5、容积：≥50L
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大容量消毒机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、雾化方式：高压雾化。 2、功能：抽水。 3、容量：药箱容积≥100升
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大容量消毒机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、雾化方式：高压雾化。 2、功能：抽水。 3、容量：药箱容积≥150升
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小型发动机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、类型：四冲程，单缸，风冷，顶置凸轮轴； 2、额定功率：≥10 kW； 3、最大扭矩：≥28 N·m 4、排量：≥420 cc
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一键切换启动电源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、容量：≥ 120,000mAh； 2、12V模式下，峰值电流 ≥ 2200A；24V模式下，峰值电流 ≥ 1200A，支持4.0L及以下汽油车或2.5L及以下柴油车； 3、配备全金属防打火智能夹，夹持力强，绝缘保护。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：汽车应急启动电源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、容量≥19000mAh； 2、启动性能：峰值启动电流 ≥ 600A，支持3.0L及以下汽油车或2.0L及以下柴油车冷启动（-20℃环境测试）。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：疫苗冷冻、冷藏库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、温区与精度： 冷藏库：+2℃ 至 +8℃，均匀性≤±2℃，精度≤±0.5℃。 冷冻库：-25℃ 至 -15℃（通常设定-20℃），均匀性≤±3℃，精度≤±1℃。 2、制冷系统： 双机备份：需采用双套独立制冷压缩机系统，一用一备，自动切换。 冷媒：环保制冷剂。 3、温湿度监控： 独立系统：配备至少2个以上高精度温湿度传感器（库内对角布置），数据本地与云端双备份，24小时不间断记录。 报警：具备声光、短信、电话三级报警功能，断电、温度超限、门开超时等即时报警。 4、结构与保温： 库板：医用级聚氨酯保温板，厚度≥100mm，阻燃B1级，无毒无异味。 门体：电动平移门或手动门，带防反锁装置、加热防凝露门框及观察窗。 地板：防滑、承重、易清洁，并预留排水口（用于清洗）。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：5P机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、制冷量：≥ 12.0 kW 2、制冷能效比（EER）：≥ 3.2 3、压缩机：高效旋转式或涡旋式全封闭压缩机 4、具备自动运行、定时开关、温度设定、风速调节、睡眠模式等基本功能。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：3P机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、制冷量：≥ 7.0 kW 2、制冷能效比（EER）：≥ 3.4 3、压缩机：高效旋转式或涡旋式全封闭压缩机 4、具备自动运行、定时开关、温度设定、风速调节、睡眠模式等基本功能。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标

人不作为中标候选人。
多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分58.00分 商务部分12.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数响应	<p>1、根据供应商所投产品技术参数的详细描述及佐证材料等进行评审。</p> <p>2、标记“★”为实质性参数，实质性参数有一项不满足或负偏离的视为无效投标</p> <p>3、其他参数每有一项不满足或负偏离的扣3分，扣完18分为。</p> <p>注：1.标记★实质性参数须提供检测报告，或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页或供应商认为需要提供的其他技术资料等技术佐证文件，佐证文件须加盖生产厂家或供应商的公章，未提供佐证文件视为无效投标。</p> <p>2.为方便评标，供应商在响应文件中标明相应佐证材料的位置、名称、页码、用于佐证第几条，并在佐证材料上使用下划线、文本框方式加以明显标记。</p>	18.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--------	--	---------	----	--

<p>供货方案</p>	<p>根据供应商提供的项目供货方案进行评审， 供货方案包含不限于供货流程、供货进度安排及保证措施、货品验收与交付方案及货物的包装、运输、装卸、保管存放方案等。</p> <p>①供货流程详细完整、供货进度安排及保证措施合理有序、货品验收与交付方案切实可行、能够根据所投产品的使用性能对其包装、运输、装卸、保管存放等具有针对性措施的，得10分； ②供货流程相对完整、供货进度安排及保证措施合理、货品验收与交付方案可行、能够根据所投产品的使用性能对其包装、运输、装卸、保管存放等方面进行阐述，但方案整体针对性和可行性不充分， 得7分； ③方案包含供货流程、供货进度安排及保证措施、货品验收与交付方案及货物的包装、运输、装卸、保管存放方案等内容且具有一定针对性但可行性低的， 得4分； ④供货流程、供货进度安排及保证措施、货品验收与交付方案及货物的包装、运输、装卸、保管存放方案内容提供不完整，或供货方案不明确、逻辑混乱、无法有效进行实施的， 得1分； ⑤方案内容与本项目无关无实质性内容或未提供此项内容的得0分。</p>	<p>10.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
-------------	---	----------------	-----------	---

技术评审	实施方案	<p>根据供应商提供的项目实施方案进行评审， 实施方案包含不限于根据项目实际内容提出实施方案、项目实施各阶段人员配置、项目实施各阶段时间节点的安排、项目实施过程中重点难点分析及解决方案等内容。①实施方案完整详尽、项目实施各阶段人员配置科学合理、项目实施各阶段时间节点的安排合理，有利于项目顺利实施、项目实施过程中重点难点分析得当同时提出的解决方案具有极强的针对性的，得10分；②实施方案相对完整、项目实施各阶段人员配置相对合理、项目实施各阶段时间节点的安排合理，能够项目顺利实施、项目实施过程中重点难点分析得当同时提出的解决方案，但方案整体针对性和可行性不充分，得7分；③方案包含项目实际内容提出实施方案、项目实施各阶段人员配置、项目实施各阶段时间节点的安排、项目实施过程中重点难点分析及解决方案等内容且具有一定针对性但可行性极低的，得4分；④项目实际内容提出实施方案、项目实施各阶段人员配置、项目实施各阶段时间节点的安排、项目实施过程中重点难点分析及解决方案等内容提供不完整，或实施方案不明确、逻辑混乱、无法有效进行实施的，得1分；⑤方案内容与本项目无关无实质性内容或未提供此项内容的得0分。</p>	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

产品质量保证措施	<p>根据供应商提供的产品质量保证措施进行评审，产品质量保证措施包括但不限于质量目标、质量保障措施、质量管理体系、质量管理制度及所投产品质量的安全性和稳定性等。①质量目标明确，质量保障措施合理可行、质量管理体系健全、质量管理制度完整详细，能够对所投产品质量的安全性和稳定性进行具体分析且满足项目实际需求的，得10分；②质量目标明确，质量保障措施可行、质量管理体系健全、质量管理制度详细，能够对所投产品质量的安全性和稳定性进行分析，方案具有一定可行性但针对性不足，得7分；③质量目标、质量保障措施、质量管理体系、质量管理制度及所投产品质量的安全性和稳定性内容齐全，但可行性低的，得4分；④质量目标、质量保障措施、质量管理体系、质量管理制度及所投产品质量的安全性和稳定性内容提供不完整，或质量保证措施不明确、逻辑混乱、无法有效进行实施的，得1分；⑤方案内容与本项目无关无实质性内容或未提供此项内容的得0分。</p>	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
----------	---	---------	----	--

应急预案	<p>根据供应商提供的应急方案进行评审， 应急方案包括但不限于对各种突发事件的应急预案、应急响应、退换货方案等。①针对可能发生的各种突发事件进行汇总并逐一提出针对性和可行性强的解决方案、明确出合理并切合实际的应急响应的时间、方式及应急服务人员名单和职责、退换货方案针对性强 同时有明确退换货时间节点且不影响采购人使用的， 得10分； ②针对可能发生的各种突发事件进行汇总并逐一提出较为完善的解决方案、明确出应急响应的时间、方式及应急服务人员名单和职责、退换货方案具有一定的针对性合理性且不影响采购人使用的， 得7分； ③对各种突发事件的应急预案、应急响应、退换货方案的等内容齐全， ， 但可行性低的， 得4分； ④对各种突发事件的应急预案、应急响应、退换货方案的等内容提供不完整， 或应急方案不明确、逻辑混乱、无法有效进行实施的， 得1分； ⑤方案内容与本项目无关无实质性内容或未提供 此项内容的得0分。</p>	10.0000	主观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
------	--	---------	----	---

	企业业绩	投标人2022年01月01日至今具有同类供货业绩（物资或货物类），每提供一份业绩证明材料得1分，最多得2分；注：投标文件中须提供合同原件扫描件及发票扫描件（以合同签订时间为准，合同未填写时间不予计分）。	2.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	---	--------	----	--

售后服务方案	根据供应商提供的售后服务方案 进行评审， 售后服务方案包括但不限于售后服务响应时间、售后服务体系及人员安排、培训方案、售后服务解决方案等。 ①售后服务满足7*24小时响应、售后服务体系健全、配备专业的售后服务团队并提供售后人员名单、培训方案详细具体并切合实际、 对所投产品有针对性且完整全面售后服务解决方案的， 得10分； ②售后服务满足 7*24 小时响应、建立售后服务体系、配备售后服务团队并提供售后人员名单、培训方案编制可行、对所投产品有售后服务解决方案的， 方案整体针对性较强但可行性较低， 得7分； ③方案包含售后服务响应时间、售后服务体系及人员安排、培训方案、售后服务解决方案等内容但针对性及可行性低的， 得4分； ④售后服务响应时间、售后服务体系及人员安排、培训方案、售后服务解决方案内容提供不完整， 或售后服务方案不明确、逻辑混乱、无法有效进行实施的， 得1分； ⑤方案内容与本项目无关无实质性内容或未提供此项内容的得0分	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	---------	----	--

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

6、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50 %；

（2）.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 50 %；

（3）.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %；

（4）.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

7.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表